EXHIBITORS' CATALOGUE

EXHIBITORS' CATALOGUE

JSCLA

第26回大会

'94 EXHIBITION

9/22(THU.), 23(FRI.), 24(SAT.), 1994 CHIBA JAPAN 日本臨床検査自動化学会

日本臨床検査自動化学会第 26 回大会
展示会開催にあたって

日本臨床検査自動化学会第 26 回大会は 9 月 23 日(金)，24 日(土)の 2 日間，幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬 2-1）の国際会議場と展示場で講演と展示が行われますが，恒例によって展示は，学会前日（22 日）の午後 2 時にテープカットを行い公開されます。

臨床検査関連の機器や試薬の開発・発展を産学共同で行うという本学設立の目的から考えますと，この展示会の果す役割は極めて重要であると申せましょう。見学者は，学術大会における議論が，実際にどのような形で具現化されてくるかを目の当りにすることができます。一方，展示会は新しい機器に関する情報をふんだんに提供してくれます。

本展示会は，この種の催しものとしては，私の知る限り本邦で最大級のものと信じます。病院に働く技術者，医師あるいは検査の管理者のみならず，業者の方々にとっても将来の動向を知る絶好の場であります。

この展示会は，日本臨床検査自動化振興会によって設営されており，本年は 126 社のご参加を得ております。また，本年は，アメリカ AACC からの出展も予定されており，本展示会も国際的になってきました。どうぞご参会の皆様におかれましては，時間の許す限り納得の行くまで見学して下さい。

最後に本展示会の企画，推進にご努力下さいました関係者の方々に感謝申し上げるとともに，本展示会が盛会裡に終ることを願ってご挨拶にかえさせていただきます。

平成 6 年 9 月 22 日
日本臨床検査自動化学会　第 26 回大会
大会長　水岡慶二

日本臨床検査自動化学会第 26 回大会展示会
展示目録

目　　次

あいさつ（第 26 回大会長　水岡慶二） …… 1

臨床化学分析機器 …… 5〜16

1.分光々度計／2.電解質測定装置（電極法）／3.簡易分析装置／4.専用分析装置／5.多項目分析装置（フロー方式）／6.多項目分析装置（ディスクリート方式）／7.ドライケミストリー・システム／8.血液ガス分析装置／9.全自動電気泳動装置／10.電気泳動装置／11.デンシトメータ装置／12.高速液体クロマトグラフィー装置／13.pH メーター／14.その他

血液検査機器 …… 17〜24

15.多項目血球計数装置／16.血液凝固測定装置／17.トロンボエラストグラム／18.血小板凝集測定装置／19.赤血球沈降速度自動測定装置／20.血液標本自動作製装置／21.血液分類カウント装置／22.血液像自動分類装置／23.骨髄像分類器／24.細胞分類装置／25.血液型判定装置／26.その他

核医学（RIA）機器 …… 25〜26

27.ラジオイムノアッセイ装置

免疫血清検査機器 …… 26〜31

28.酵素免疫測定装置／29.蛍光免疫測定装置／30.ネフェロメトリックイムノアッセイ装置／31.ラテックス凝集反応測定装置／32.化学発光免疫測定装置／33.蛍光偏光装置／34.判定装置／35.その他

細菌検査機器 …… 33〜35

36.微生物分類同定装置／37.感受性試験装置／38.DNA 測定装置／39.その他

尿検査機器 …… 36〜37

40.浸透圧計／41.尿分析装置／42.自動 PSP 測定装置／43.その他

病理検査機器 …… 38〜39

44.自動ミクロトーム／45.自動包埋装置／46.自動組織細胞染色装置／47.その他

生理機能検査機器 …… 41〜42

48.心電図検査システム／49.サーモグラフィー装置

コンピュータ …… 43〜48

50.臨床検査システム／51.周辺機器・その他／52.検体前処理システム

その他の臨床検査機器 …… 49〜57

53.マイクロピペット／54.分注装置／55.希釈装置／56.洗浄器／57.振盪装置／58.蒸留水自動製造装置／59.攪拌器／60.滅菌器／61.遠心分離器／62.恒温槽／63.乾燥器／64.廃棄物処理装置／65.その他

試薬 …… 59〜78

自動分析装置専用試薬 …… 79〜83

コントロール血清 …… 85〜98

展示会社・主要製品紹介 …… 99〜161

展示会社住所録 …… 163〜187

臨床化学分析機器

1. 分光光度計（Spectrophotometer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μl	試薬使用量 μl／検体	波長範囲 nm	処理能力 検体／h	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
アロカ	マイクロプレートリーダー MTP-120			415 492	1プレート/32秒	150	27×36×22	10		96穴マイクロプレート専用
	〃 AMP-250			標準8波長内蔵	1プレート/30秒	170	39×51×26	21		〃
〃	オートシップ EIA フォトメーター AEC-241			360～660		250	68×56×39	50		データ処理機能内蔵 オートシッパー
	EIA フォトメーター AEC-110			340～700	マニュアル処理	80	30×37×22	13		〃 チューブ測光
エルマ販売	PHOTIC-100		150	340～950		10	32×16×31	7.5	26	
三光純薬	TH-50			340		350以下	44.0 × 31.5 × 45.0	32		
島津製作所	CL-770		500	325～1100	3秒/検体	260	36.5×42.5×39	26	170 ～ 190	
東ソー	MPR-A4iII			405～700	30秒/プレート	100/0.5	21×30×12	6	98	マイクロプレートリーダ
日本DPC	TH-50	1000		340～700	300	350	44×31.5×45	32		
	Sopheia 2000	10000		〃 ～620	〃	240	51×43×23	18		
日本電子輸入販売	マイクロプレートリーダー MR5000			〃 ～850	1.7秒/96ウェル	100/3.15	43.9 × 40.8 × 17.7	11	280	米国ダイナテック社製
和光純薬工業	マイクロプレートリーダー M-Emax(R)					70	47×34×19	10	187	

2. 電解質測定装置（電極法）Electrolyte Analyzer（by Ion Selective Electrode Method）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μl	処理能力 検体／h	測定項目 種類	標準方式 外部・内部	サンプラー 有・無	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
エイアンドティー	EA05	28	300	Na,K,Cl			100/4	80×50.3×45.2	67		
	〃 06T	〃	150	〃			100/2.5	26×60×59	35		
〃	〃 06R	〃	〃	〃			〃	49×47.7×59	38		

エイヴィエル	AVL988-3	120	50～90	Na,K Cl/Ca/Li	内部	有	100/1.6	30.0×27.0 ×34.5	11	250	Cl,Ca,Li のいづれか選択 サンプラーはオプション
	〃 988-4	〃	〃	Na,K Ca,pH	〃	〃	〃	〃	〃	270	〃
〃	〃 9120	95	50～60	Na,K	〃	〃	〃	31.5×29.5 ×33.5	6	160	
	〃 9130	〃	〃	Na,K,Cl	〃	〃	〃	〃	〃	190	
〃	〃 9140	〃	〃	Na,K,Ca	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
エム・シー・メディカル	NOVA 5	150	97	Na^+,K^+,Cl^- Hct		有	100	49×53×52	41		米国・ノバ・バイオメディカル社製
	〃 8	180	65	Na^+,K^+,Mg^{2+} Ca^{2+},pH,Hct		〃	〃	〃	〃		〃
エルマ販売	NAKL-121	35		Na,K	内部	無	15	31.3×23.5 ×370	85	170	
	〃 -132	60		Na,K,Cl	〃	〃	〃	〃	〃	220	
京都第一科学	スポットケム SE SE-1510	20	60	3		無	30	20.3×22.8 ×14.6	3.8	95	
島津製作所	CIM-300	50	180	Na,K,Cl	内部	有	150	54×45×28	30	450	
常光	IS-200	30	200	Na^+,K^+,Cl^-	内部	有	100/2	42×49×50	32		
	〃 -100	95	150	〃	〃	〃	〃	30×35×40	18		
〃	〃 -50C	190	70	〃	〃	無	100/0.3	16×22×25	4		
	〃 -50L	〃	〃	Na^+,K^+,Li^+	〃	〃	〃	〃	〃		
真興交易	スタット・プロファイル6	190	45	6	内部	無	220	57×57×47	45	760	米国・ノババイオメディカル社製
セントラル科学貿易	PVA-mini	30	150	Na^+,K^+,Cl^-	内部	有	300	53.5×43.0 ×28.5	26		
チバ・コーニング	664	85～170	100	Na,K, Cl,TCO_2	内部	有(内蔵)	270	64.8×52.5 ×40.6	29.5	495	
	654	65	60以上	Na,K,Li	〃	有	50	28×27×32	6.4	260	
〃	644	〃	〃	Na,K,Cl	〃	〃	〃	〃	〃	280	
	634	35	42以上	Ca^{++},pH		無	60	〃	〃	240	
テクノメディカ	STAX-1	150				有	300	30.0×39.0 ×45.5	30	300	
テラメックス	Easy E2001	100	60	Na,K	試薬パック	有	100/0.8	24×20×42	5.8	100	サンプラーはオプション 全血可(25万円)
	〃 -PLUS E2012	〃	〃	Na,K,Cl	〃	〃	〃	〃	〃	160	〃

〃	〃 -Li E2005	〃	〃	Na,K,Li	〃	〃	〃	〃	〃		〃
	〃 -Ca	〃	〃	Na,K,Ca^{++} TCa,pH	〃	〃	〃	〃	〃		〃
日本ロシュ	COBAS READY ISE	20	60	Na,K,Cl	外部	無	50	20.3×22.8 ×14.6	3.8	95	
ベックマン	エリーゼ	50	最大120		内部	有	100/0.05	64×46×54	23		Na,K,Cl の他 CO_2,Ca,Li との組合せ可
堀場製作所	SERA-232	150	50	Na^+,K^+,Ca^{2+}	内部	無	100	28×31×43	15	230	
	〃 -252	〃	〃	Ca^{2+},pH	〃	〃	〃	〃	〃	210	
〃	〃 -212	〃	〃	Na^+,K^+	〃	〃	〃	〃	〃	190	
	〃 -222	〃	〃	Na^+,K^+,Cl^-	〃	〃	〃	〃	〃	230	
〃	〃 -720	30	180	〃	外部	有	150	64.6×45× 45.2	35	460	
	〃 -520	120	150	〃	内部	〃	120	28 × 36 × 49.5	20	380	
ラジオメータートレーディング	EML100	125	32	K^+,Na^+ Ca^{++},Cl^-	外部	無	250	40×40×35	22		
	KNA2	〃	25	Na^+,K^+	〃	〃	96	49×29×12	12		
〃	ICA2	〃	〃	Ca^{++},pH	〃	〃	〃	〃	〃		

3. 簡易分析装置（Analyzer for Simplified Operation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	μl／検体	検体／h	種類		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
ダイキン工業	アントセンス	全血 5〜50	専用カートリッジ	60秒/検体	GLU	過酸化水素電極法	100/0.09	21.0 × 6.6 ×4.5	0.43	18.2	プロフェッショナルユース 測定レンジ30〜800mg/dl
ダイナボット	VISION	全血２滴		10検体/6〜18分	24項目	遠心法	1000	56×52×44	32	220	
ベーリンガー・マンハイム	レフロトロンＳシステム 卓上型生化学検査システム	30±2		約20	16	積分球反射光度計	100/0.4 (MAX)	30 × 35 × 19.5	5.8	165	
マイルス・三共	アントセンス	全血 5〜50	専用カートリッジ	60秒/検体	GLU	過酸化水素電極法	100/0.09	21.0 × 6.6 ×4.5	0.43	18.2	プロフェッショナルユース 測定レンジ30〜800mg/dl
	タイド	全血 8〜20	専用試験紙	45秒/ 〃	〃	ヘキソキナーゼ法	リチウム電池	6.6 × 11.2 ×2.0	0.1	1.98	タイデックスの呈色を読む

4. 専用分析装置（Special-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μl	試薬使用量 μl／検体	処理能力 検体／h	測定項目 種類	測定法	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
エイアンドティー	グルコローダーNX	30/5自動切換		200	グルコース	GOD固定化酵素電極	100/4	86.5×62.2×52.2	76		
	GA03T	〃		160～200	〃	〃	100/2.5	26×60×59	35		
〃	〃 03R	〃		〃	〃	〃	〃	49×47.7×59	38		
エム・シー・メディカル	フェロケムII	25	3000	120	Fe,Cu TIBC	クーロメトリー	100	33×45×31	12.3		
エルマ販売	ビルマイクロメーター	60	なし		総ビリルビン	比色	15	22×28×12.8	6	49	
	グルコースGLU-1	10			グルコース	電極	70	38×43.5×33	16	160	
京都第一科学	グルコースオート&スタットGA-1140	5-25		約180	血清,血漿尿	GOD電極法	190	54.0×59.6×66.2 11.0×55.0×45.0	60	700	
	ハイオートHbA$_{1c}$ HA-8131	3		20	HbA$_{1c}$,HbF HbA$_{1a+b}$	逆相分配イオン交換HPLC	700	75.0×60.0×59.0		1,250	
三光純薬	B-Hメーター V型	15ml			総ビリルビン		30	30×35×13	9	55	新生児総ビリルビン測定用
三和化学研究所	KETO-340II	500 (除タンパク上清液)	300	12	アセト酢酸 3-ヒドロキシ酪酸	酵素法	100/2	45.5×40.5×15.8	13	253	
東ソー	HLC -723GHb	5		17	グリコヘモグロビン	液体クロマトグラフィ	100/5.2	131×50×49	130	1,100	
	〃 -727AG	100		〃	1,5AG	〃	〃/3.5	55×65×120	〃	〃	
〃	〃 -725CA	500		2	カテコールアミン	〃	〃/6.3	119×63×43	〃	880	
	〃 -726VMA	〃		4	VMA/HVA	〃	〃/7.5	65×65×120	200	820	
東洋紡績	ラクテートアナライザー ダイヤグルカ HEK-30L	10		90	1	LOD膜 H_2O_2電極	120	31×36×35	20	220	
	グルコースアナライザー 〃 HEK-30	〃		100	〃	GOD膜 H_2O_2電極	150	70×41×35	40	320	
日科機	グルコース/ラクテートアナライザー 2300STAT	25	4	40	2	固定化酵素法	100	36.5×26.5×38	11.4		
マイルス・三共	DCA2000	全血1	専用カートリッジ	9分/検体	HbA$_{1c}$	免疫法	100/0.7	23.9×27.2×23.9	5	58.6	リアルタイムHbA$_{1c}$

5. 多項目分析装置（フロー式）Automatic Multi-Purpose Analyzer（Flow）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	μl／検体	テスト／h	数	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
マイルス・三共	CHEM1	1	14	720	36	200/20	192×82×185	680	3,950	超微量サンプルオイルテクノロジー

6. 多項目分析装置（ディスクリート方式）Automatic Multi-Purpose Analyzer（Discrete）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	μl／検体	検体／h	数	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エム・シー・メディカル	スーパーZ818	3～40	50～300	180	24	100/13	65.5×74×51	72		製造元：協立電波
オリンパス光学工業	AU5200	3～15	50～450	330	19	6K	263×110×164	1,160		2ユニット時
関東化学	イージーアナライザー	5～100	375×500	60テスト	30	100/10	100×60×115	200		ISE標準装備
島津製作所	CL-7300	2～30	20～400	20～600	1～60	4K	223×101.5×118	850	4,600	電解質オプション
チバ・コーニング	エクスプレスプラス	3～30	50～400	180	26	580	101.6×55.9×58.4	76.5	880	ベンチトップ型
デュポン	ディメンションAR	2～60	5,000	500	39	100/30	127×70×140	273		
	aca SX	5～500	500	45	70	〃/15	112.4×68.6×48.9	130		
東芝メディカル	TBA-30FR	2.5～40	240～600	320テスト	32 ISE35	1.5K	120×80×105	350		
	〃 -20FR	〃	〃	200 〃	〃	〃	〃	〃		
〃	〃 -Mシリーズ 80M/70M/60M/50M	2.5×25	200～600	2,700～10,500テスト	27～35	形式による	形式による	形式による		
	〃 -80FR	2～48	240～480	800テスト	50 ISE53	3K	144×89.5×169	420 70		
ニプロ	SUPER Z	3～40	50～300	180	24	1.3K	65.5×74×52.5	100	980	
	MIRACLE ACE	〃～30	25～〃	240	〃	1.0〃	66×74×55	〃	1,600	
日本電子	JCA-RS1100	2～40	60～370	300	35	100/30	185×77×110	250	2,300	電解質オプション フルランダムアクセス方式
	〃 -RS1200	〃	〃	600	〃	〃	〃	300	3,100	〃

〃	〃 -HR2300	2～30	60～320	最大300 (4,500テスト)	43	200/40	分析部 245×123×162 操作部 72×70×132	1,490	8,700	電解質付 フルランダムアクセス方式
	〃 -HR2400	〃	〃	〃 (5,700テスト)	〃	〃 /50	〃	1,620	9,600	〃
〃	〃 -HR2100	〃	〃	〃 (2,100テスト)	35	〃 /20	分析部 245×123×162 操作部 72×70×132	860	4,800	〃
	〃 -HR2200	〃	〃	〃 (3,300テスト)	〃	〃 /30	〃	990	6,100	〃
日本ロシュ	COBAS INTEGRA	2～100	5～200	600	71	1,200	120×85×120	420		寸法・重量は本体のみ
	〃 MIRA Plus	〃～95	100～600	132	30	1,000	73×58×64	100	1,800	
バクスター	Paramax Rx	〃～50	300	720テスト	36	115/20	150×82.5×140	495		錠剤試薬使用
日立製作所	7070	3～50	250～500	360テスト	32 (ISE付35)	100/30	分析部 103×76×117 操作部 48×65×125	分析部 300 操作部 50	2,600	
	7170	2～35	180～	800 〃	86 (ISE付89)	〃	分析部 138×77×117 操作部 65×75×136	約400	3,450	
ベックマン	シンクロン CX7	3～		825 〃	32					検査に応じシリーズで有る
	〃 CX3	最大122		75	8					
マイルス・三共	SSR	2～30	25～400	240テスト	12	100/10	127×66×51	124	1,359	オイルテクノロジー
	〃 XT	〃	〃	〃	24	〃	130×66×68	125	1,575	〃

7. ドライケミストリー・システム（Dry Chemistry System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h	種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
京都第一科学	スポットケム SP-4410	血漿,血清20 全血150	単項目 約20	19	150	45×40×20	15.5	250	
長瀬産業	エクタケム250	10又は11	最大250テスト	36	1.2K	115×71×120	272		米国・Kodak 社製
	〃 700N	〃	〃 600 〃	〃	4K	170×93×140	500		〃
〃	〃 500	〃	〃 300 〃	〃	〃	〃	〃		〃
日本ロシュ	COBAS READY	5～6		19	150	45×35×19	15.5	250	
	〃 READY ISE	20		3	50	20.3 × 22.8 × 14.6	3.8	95	
富士メディカルシステム	FDC 3030	6 or 10	60	23	0.3	40×38.5×28	18	265	
	〃 5500	6(Glu-W) 10	100	21	500	59×47×30	30	340	
〃	〃 3000	〃	60	〃	300	40×38.5×28	18	250	

マイルス・三共	クリニマート TDA	30	80秒/検体	ジゴキシン テオフィリン	100/0.11	18.6 × 18.5 × 9.4	0.96	42	簡単・迅速測定
マリンクロット・メディカル	ヘモキューヘモグロビン	10		ヘモグロビン	6	16×21×9	0.7	13.3	ポータブルタイプ
	〃 グルコース	5		血糖	〃	〃	〃	〃	〃
和光純薬工業	富士ドライケム3000	10	60	24	300	40×38.5×28	18	250	
	〃 800	50	〃	3	20	19×28×11	2.5	95	

8. 血液ガス分析装置（Instrument for Blood Gas Measurement）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エイヴィエル	AVL995Hb	100(25)	25	電極法	5	280	40.0 × 55.7 × 45.0	35	920	( )はマイクロサンプラーモード
	〃 995	40(25)	〃	〃	4	〃	〃	30	795	〃
〃	〃 コンパクト1	50	〃	〃	〃	〃	34.0 × 31.5 × 34.0	13	270	
	〃 9110	25	40～50	〃	1	160	31.5 × 29.5 × 33.5	6	150	pH 測定専用装置
常光	JBA-200	150	30	電極	14	100/2	33×34×45	26		LCD ディスプレイ付
	〃 -150K	100～200	25	〃	〃	〃	34×39×48	32	420	ディスポ・メンブレン方式
〃	〃 -7	150～〃	22	〃	〃	〃	54×43×53	55	595	Hb 自動希釈測定
真興交易	スタット・プロファイル5	250	35	電極法	10	220	57×57×47	45	1,100	米国・ノババイオメディカル社製
	〃 7	200	17	〃	5	〃	〃	〃	700	〃
〃	〃 3	130	34	〃	4	〃	〃	〃	570	〃
	〃 4	250	33	〃	9	〃	〃	〃	1,050	〃
〃	〃 1	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃	890	〃
	〃 2	〃	〃	〃	7	〃	〃	〃	820	〃
チバ・コーニング	288	130～200	30	電極法	〃	250	64.7 × 48.3 × 40.6	33.6	1,350	血液ガス・電解質同時測定
	280	〃	〃	〃	4	〃	〃	〃	1,145	
〃	850	130	〃	〃	7	200	65×49×41	34		血液ガス・電解質同時測定
	248	80	〃	〃	3	80	39×32×37	9.1		
テクノメディカ	GASTAT-1	200	30	電極法	4	300	35.0 × 39.5 × 422	35	4,500	
	〃 -2	〃	〃	〃	8	500	59×48×44	40		

〃	〃 -3	100	30	〃	6	200	33×41×43	25		
マリンクロット・メディカル	GEM プレミア	200	17	電極	7	100	30×26×42	13.4	380	ポータブルタイプ
ラジオメータードレーディング	ABL520	85	37	電極法 光度計法	11	250	40×40×55	38		
	〃 510	〃	〃	〃	6	〃	〃	〃		
〃	〃 505	125	33	電極法	7	〃	〃	〃		
	〃 500	70	42	〃	4	〃	〃	〃		
〃	〃 50	〃	〃	〃	〃	〃	40×40×33	21		
	〃 330	85	20	〃	〃	280	61×55×37	35		
〃	OSM3	35	50	光度計法	7	145	24×32×42	17		

9. 全自動電気泳動装置（Full-Automatic Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス光学工業	AES620	25,50	150		1K	140×67×138	280		
コスモ	FED-6400	30～50	300	セラフォー	500	173×83×99	250		
	〃 -3200	〃	150	〃	450	133×75×93	200	1,500	
〃	〃 -V	〃	60	〃	300	106×53×110	120	800	
常光	CTE-5000	25	200	セパラックスSP ザルトリウス	100/10	135×76×129	280	1,500	フロッピー2000検体
	〃 -1000	〃	100	〃	〃	92×65×117	150		病気解析ソフト
〃	〃 -700	〃	65	〃	〃	〃	〃		〃
	〃 -150	〃	45	〃	100/5	72×66×95	〃	650	
ヘレナ研究所	エパライザ	25	蛋白50 アイソザイム30～40	タイタンIII	100/6	85×63×99	110		蛋白・アイソザイム連続可
	REP	50	60～120	アガロース	〃 /15	91×75×147	170		多項目自動

10. 電気泳動装置（Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	CEP-3	0.4～0.8		セルロース膜	100/0.4			22.7	
	電子冷却 TC-3	1～3		アガロース フィルム他	〃	26×47×24	25		
コスモ	電気泳動装置 A	0.4～0.8		セルロース アガロース	200		11	20.2	
	免疫電気泳動装置	1～5		〃	〃		25	42.5	
常光	電子冷却 ECP-10			寒天 アガロース	100/2	31×41×20	15	35	
	等電点Eセット			セパラックス EF	〃 /1	30×30×10	2	14.5	
チバ・コーニング	電気泳動システム	1～3		アガロース アガーゲル					
日本商事	ポル-E-フィルムシステム			アガロース フィルム他					米国・チバ・コーニングダイアグノスティックス社製

11. デンシトメータ装置（Densitometer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	OD測定範囲	記録方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		検体／h	数値	感熱他	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	ADC-20RS	200	0.1～2.0	インクペン	100/3	42×53×30	34	260	
コスモ	D607 CRT 付	200	0.1～2.0	感熱	300	54×47×37	28	280	3.5インチフロッピーディスク付
	F808	150	0～3.0	サインペン	200	57×40×30	30	180	蛍光可
〃	〃 -2	〃	〃	〃	〃	〃	40	240	紫外可
	D-110	〃	0～2.5	感熱	〃	42×51×21	30	110	
常光	CR-20	240	〃～2.0	〃	100/2	61×49×56	43	280	260検体メモリー
	PAN-FV	150	〃～3.0	感圧	〃	60×59×30	48	320	最大32分画
〃	デンシトロン20HR	240	〃～2.0	感熱	〃	55×44×17	18	295	データメモリ600検体/FD
チバ・コーニング	790	128	0～4.0	感熱	200	18.5 × 69.0 × 64.0	24	400	蛍光/可視

ヘレナ研究所	EDC	500	0.1～4.0	ドット	100/6	80×76×142	108		
	クリニスキャン2	170	〃	〃	〃 /2	76×70×69	57		

12. 高速液体クロマトグラフィー装置（Instrument for High Performance Liquid Chromatography）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
イーアールシー	オンライン脱気装置 ERC-3000シリーズ			100	6.5×31×13.5	5.4	25～	
	超高感度示差屈折計 ERC-7500シリーズ			70	26×48×14	16	79～	
エム・シー・メディカル	クーロケムII	20～80	4	60	28×43×34	12.5		
	NCA	1～80	16	1,000	27.5×76×82	205		
京都第一科学	GAA-2000	33	6	320	分析部73.5×60.0×39.2 オートサンプラー98.4×60.0×39.2 プリンタ38.5×24.0×93.0	分析部80 オートサンプラー38 プリンタ3.7	1,350	
	HA-8140	3	4	430	分析部40.8×59.0×44.9 ボトルユニット25.8×55.0×41.1 オートサンプラー46.6×48.0×37.8	分析部40.0 ボトルユニット16.0 オートサンプラー35.0		
ジーエルサイエンス	LC600	0.1～10 (最大100可)		880	66×45×86	85	360～	
島津製作所	アミノ酸分析計 ALC-1000	1～50	40分/サイクル	1K	70.0×72.0×125.9	220	1,220	
日本電子	蛋白質残基アミノ酸測定装置 アミノメート	1～100	25分/検体	100/13	160×45×54	100	1,200	
	全自動高速アミノ酸分析機 JLC-300	〃～200	加水 30分/検体 生体120分/ 〃	〃 /15	本体 110×78×89 PC 部 80×70×65	300	1,800	
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	VARIANT	全血 5	1 検体/ 3 分	400	84×56×35.7	70		ヘモグロビン A_{1c} 以外の糖化ヘモグロビンの測定可能
	REMEDi-HS	血清 尿 1 ml	〃 /20分	100/15	99×71×64	150	1,930	500品目以上の薬物を全自動でスクリーニング

13. pH メータ（pH Meter）

会社名	商品名 型式名	精度	表示	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			デジ／アナタル／ログ	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
堀場製作所	コンパクト pH メーター 〈TWIN-pH〉B-212	±0.1	デジタル		16.5×2.9×1.9	0.053	2.7	防水構造
	〃 B-211	〃	〃		〃	〃	2.1	〃

14. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
アジア器材	日立サンプルカップ スピッツタイプ	底部がスピッツ状になっているので少量検体およびHDLコレステロールの検査に大変便利です。					
アロカ	ルミネッセンスリーダー BLR-201	生物化学発光測定装置(活性酵素，ATP，白血球貪食能などの測定)	100	41×38×35	20		
〃	〃 BLR-301	〃	150	37×53×36	23		
イーアールシー	自動分析装置用 オンライン脱気装置	分析精度の向上に大きく役立ちます。	100	14×32×21	7	25～	
オリンパス光学工業	多項目分析装置 AU800	2（ツー）×2（バイ・ツー）ブロックランダムと試薬ピペッティング方式の採用により，優れた処理能力と高い経済性を実現。(生化学自動分析装置)	3K	244×102×131	830		
常光	HbA_{1c}アナライザ HS-8	高速液体クロマトグラフィー法による5分画測定	100/2	57×62×61	65		オートサンプラー付
	〃 HS-10	HPLC法，真空採血管キャップ付をピアス方式測定	〃	57×70×70	〃		3.5分/テスト
〃	蛋白分画による病気解析システム	電気泳動デンシトグラムによる病気解析ソフトプログラム					
テルモ	メディエース (血糖測定システム)	血糖試験紙は血液のふき取りが不要のため，より正確な測定が行える。試験紙をリーダーに差し込むだけで自動測定が行える。					
浜松ホトニクス	高安定重水素ランプ	当社開発の傍熱型陰極の採用をした高安定(フラツキ：0.5%p-p)。長寿命(2000時間)の重水素ランプです。高精度を求められる分析機器に最適です。					

血液検査機器

15. 多項目血球計数装置（Blood Cell Counter for Multiple Item）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h		数	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エルマ販売	PC-607	20		電気抵抗	8	45	35×31.5×36	18	160	
	〃 -608	〃		〃	9	84	44.7 × 31.5 × 41.5	27	250	
ダイナボット	セルダインアナライザー 3500SL	130～350	90	レーザー多角度偏光散乱分離法	22	1,550	74×52×61 (本体のみ)	86		
東亞医用電子	多項目自動血球計数装置 K-4500	サンプラーモード200 マニュアルモード100 キャピラリーモード40	80	DC検出方式	18	600	58×63×60	50		
	自動血球計数装置 F-300	20	25秒/検体	〃	3	95	25×45×32.5	15		
〃	〃 F-820	〃	42秒/ 〃	〃	15	160以上	38.7 × 39.7 × 32.5	20		
	〃 F-520	〃	25秒/ 〃	〃	5	105 〃	25.2 × 39.7 × 32.5	12.5		
〃	多項目自動血球分析装置 NE-1500	サンプラーモード200 マニュアルモード125	90	RF/DC検出方式	23	1,060	62×84×65	133.5		
	〃 NE-8000	〃	120	DC/RF検出方式		1,370	115×95.5×66	190		
〃	〃 SE-9000	サンプラーモード250 マニュアルモード100 キャピラリーモード40	〃	RF/DC検出方式	23	1,860	110.8 × 61.8 × 72	165		
	多項目自動血球計数装置 K-1000	全血モード100 キャピラリーモード40	全血モード80 キャピラリーモード60	DC検出方式	8	315	48×29.8×55.5	42		
〃	自動網赤血球測定装置 R-3000	100	80	フローサイトメトリー法	3	2,345	126.2 × 81.9 × 64.5	151.2		
日科機	STKS-Retic	250	138	電気抵抗法 レーザースキャッター	24	2,000	190×40×155	216		
	MAXMA/L-Retic	185	75	〃	〃	1,440	68×56×79	95.6		
〃	ONYX	145	50	〃	20	660	55.9 × 35.5 × 43.2	20.0		
	Micro-Diff	12	30	〃		200	49.5 × 39.4 × 43.2	34		
日本光電工業	全自動血球計 セルタックオート MEK-8118	静脈血50 耳染血（オプション）20	60	白血球分類：ヒストグラムにより計算，血小板数：ヒストグラムにより計算，以下MEK-8108と同	18	100/2.6	53.5 × 47.5 × 51.5	48	782	プリンタ含む
	〃 MEK-8108	〃 耳染血(オプション)20	〃	血球数：電気抵抗法，ヘモグロビン：シアンメトヘモグロビン法(光学検出)，ヘマトクリット：ヒストグラムにより計算	8	〃	〃	〃	635	〃
〃	〃 MEK-6108	〃	60 一回測定モード プリント時間含む	WBC, RBC, PLT：電気抵抗検出方式，HCT：血球パルス波高値検出方式，HGB：シアンメトヘモグロビン方式	〃	100/2.2	40.0 × 37.0 × 38.5	25	440	プリンタユニット15万円含む
	オートサンプラ(オプション) MS-615V		55 (検体積載本数10本65秒/検体)				39.6×23.8×25.7 40.0×41.5×38.5	6.7 31.7	133.2 (本体＋オートサンプラ)	
日本ロシュ	COBAS ARGOS 5DIFF	25	120	電気抵抗法 染色法	22	860	76×45×48.5	58	3,200	寸法・重量は本体のみ
	〃 STEX	〃	56	電気抵抗法	18	250	40×43×37	32		
〃	LC-360	20	60	〃	8	500	46×43×35	25	490	

フクダ電子	自動血球計数装置 LC-360	20	60	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	8	300	46×35×45.2	本体28 空圧源15	490	
	エースカウンター FLC-240	〃	〃	〃	〃	130	30×45×42	25	380	
〃	〃 LC-121	マニュアルモード25 キャップピアスモード150	80 70	〃	22	300	本体45.5×46×49 ユニット30×48.5×45 プリンタ45×19×37	42 31 9	1,800	
堀場製作所	自動血球計数装置 LC-121	150	70	電気抵抗法 染色法	22	500	75.5×46×49	73	1,800	
	〃 LC-360	20	60	電気抵抗法	8	〃	46×35×45.2	28	490	
マイルス・三共	テクニコン H3 RTX	125	102		19	200/20	166×75×143	317	3,980	網赤血球測定可
	〃 H3 RTC	〃	80(CBC) 60(〃+DIF)		〃	〃	136×75×143	257	2,980	〃
〃	〃 H2	120	102		〃	200/15	173×60×146	283	4,295	
	〃 H1	〃	80(CBC) 60(〃+DIF)		〃	〃	142×60×142	260	3,848	

16. 血液凝固測定装置（Blood Clot Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エイアンドティー	CG01	25		粘性感知ドライ試薬カード方式	PT,APTT,FIB	100/2	39×31×13.4	6		
エム・シー・メディカル	KC10A		1,200	磁気センサー	PT,APTT,Fib因子他	100/0.5	47.5×38×12	13		独・アメルング社製
	〃 4A			〃	〃	〃 /1.45	34×36×11	6.3		〃
〃	〃 1A			〃	〃	100	12×20×80	1.2		〃
エルマ販売	コアグロメーター TE-100	100		光学	1	45	10.5×17×28	3.5	28	
オーソ・ダイアグノスティック・システムズ	コアグラブ32-S	100	PT(202) APTT(101) FIB(101)	光散乱法	PT,APTT,FIB 因子その他	100/3	58.5 × 52.1 × 25.1	30	340	
オルガノンテクニカ	MDA-180	5～50	180	透過光及び吸光度測定	凝固,免疫,合成基質	200/9.5	130×79×163	386		
国際試薬	コアグースタットオートII	PT,APTT 100,Fib・200		散乱光度法	PT,APTT, Fib因子	400	65×69×58.5	70	830	
	コアグレックス100	PT,APTT,50 T,20,Fib,H10		〃	PT,APTT,Fib 複合因子T,H	140	62×57.5×30.5	40	390	
〃	〃 700	〃		〃	PT,APTT,Fib複合因子,T,H凝固因子	1,000	96×56×49	130	1,380	

三共	コアグセンターII805	20,80	120	光散乱 二重積分	PT,APTT, FIB,TB/HP	100/10	74×72.8×71.8	130	970	
三光純薬	サンクロットST			散乱光度法	TB HPT	37	25×28×19	5.0	135	ユニット増設で4チャンネル
シグマ精器	バイオマティックB-10	10～100	200～300	粘調度	22	100/1.5	46×46×21	20		生血TT,HEPA測定可
	〃 B-2000	〃	100～200	〃	〃	〃/3	26.5×42.5×18	6		〃
東亞医用電子	全自動血液凝固測定装置 CA-1000	PT,APTT 50 Fbg 10 外因系因子定量 5 内因系因子定量 10	30	光散乱検出方式	PT,APTT, Fbg,TTO,H- pT,因子定量	360	62×56×50	50		PT,APTT,Fbg,TTO(又はHpT)因子定量4項目の合計8項目をランダム測定
日科機	ACLシリーズ	50～		クロット法 発色性合成基質法	PT,PT－FI- B,APTT, TTなど	100	75.0×63.0× 45.0	52		
ニットーボーメディカル	PS-カラーメーター Nitobo635			光透過率	AT-III α_2PI,PLG	60.3	26.5×42.0× 32.0	18	180	
日本商事	オプション2	10～200	2重測定で PT 60,APTT 45	光学的クロット 検出法	PT,APTT,Fib, 各種凝固因子	60	23×40×15.7	6.7	95	フランス・ビオメリュー社製
	〃 4	〃	〃 PT 120,APTT 90	〃	〃	100	35×40×15.7	9.2	150	〃
〃	〃 8	〃	〃 PT 240,APTT 180	〃	〃	125	42.5×47.5×21	17	330	〃
	オプションカリキュレーター					18	25×31.5×12	0.4	84	〃
日本ビオメリュー・バイテック	ヘモラブ	項目による	パラメータによる	凝固時間法 合成基質法	PT,APTT, Fib,ATIII他	450	103×70×50(本体)	48(本体)	950	凝固時間法,合成基質法同時測定可
バクスター	エレクトラ1000C	15～500	項目の組合せによって異なる	透過光法	16	600	114.9×62.2× 47.6	93	980	米国・MLA社
	〃 1600C	〃	〃	〃	26	〃	111.6×68.6× 48.3	112	1,200	〃 5項目同時測定
ヘキストジャパン	ベーリング フィブリンタイマA	100	5項目同時	ターボデンシトメトリー	15	200	107×57×48	50	950	独・ベーリングベルケ社製
	〃 フィブリンタイマ	〃		〃	〃	100	22×31×12	3.8	110	〃
ベーリンガー・マンハイム	ST4			ヴィスコシティー・ディテクション方式	PT,APTT, Fbg,HQ		39.5×44.1× 13.0	11	150	
和光純薬工業	ドライヘマト COAG1	25		粘性感知ドライ試薬カード方式	3	200	39×31×13.4	6	185	

17. トロンボエラストグラム（Thrombo-Elastogram Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μl	測定法	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
エルマ販売	TE-700	35	静電容量	150	36×48.8×54	30	280より	

18. 血小板凝集測定装置（Instrument for Platelet Aggregation Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μl	チャンネル数	測定法	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
エム・シー・メディカル	ヘマトレーサー801	100/200	8	光透過法	400	62×52×57	43		
	〃 601	〃	2～6	〃	300	37×33×17	10		
日科機	SA-8	200	8	〃	240	56×58×58	35		
メバニクス	MEBA-1 PAM-8T	100/200	8	光透過法 (PRP法)	240	56×58×58	35		グレーディングカーブEPSによる解析
	MEBA-2 PAM-8C	〃	〃	〃	300	78×50×60	40		〃
〃	〃 PAM-4C・6C	100	4～6	〃	150～300	78×40×56	20～35		〃
	PATシリーズ	200	2～〃	〃	〃～250	78×40×30	〃～25		

19. 赤血球沈降速度自動測定装置（Instrument for Erythrocyte Sedimentation Rate Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μl	チャンネル数	測定法	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
エム・シー・メディカル	ベスマティック60	1,000	60	ウェスタグレン変法	100/1	56.4 × 27.7 × 32.8	19		イタリア・ディエッセ社製
	〃 20	〃	20	〃	〃/0.6	40×27.5×27.5	10		〃
〃	ミニベス	〃	4	〃	90DC/0.3	11×14.1×18.5	0.727		〃
エルマ販売	BSG-1300		10	透過光	25	30×17×43	8	46	
テクノメディカ	ESR-1000	2,000	10	ウェスターグレン法 並列スキャン方式	30	32.5×17.5×47	11.5		
	〃 -6000	〃	60	〃 シスタスキャン方式	200	53.5×35.5×43	25.0		

日科機	ESR 1000			透過型赤外並列スキャン方式	30	32.5×17.5×47	11.5		
	〃 6000			フォト・セッシング	100	53.5×35.5×43	25		
フクダ電子	自動血沈測定装置 ABS-150P	1,600	15	ウェスタグレン法	35	60×20×42	16	59	

20. 血液標本自動作製装置（Auto Preparing Instrument for Blood Sample）

会社名	商品名 型式名	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
オムロン	MICROX (HEG-120NAS)	150	100/20	107×75×111.6	330	1,300	
東亞医用電子	自動塗抹標本作製装置 SP-1	120	750	82×71×64.5	120		

21. 血液分類カウント装置（Instrument for Grouped Blood Cell Counter）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	カウント数	算定方式	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h			数	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
オムロン	LADIC-12 (3T2-12)			1～999	加減算		100/0.1	17×25×12	1.5	16.8	白血球及び赤血球のカウント可能
萱垣医理科工業	MDT-120			1～999	加減算		100/1			13.8	12キー・デジタル表示
	MMT-500SHR			〃	〃		〃			120	オンライン仕様
マイルス・三共	テクニコン H3 RTX	125	102			19	200/20	166×75×143	317	3,980	網赤血球測定可
	〃 H3 RTC	〃	80(CBC) 60(〃+DIF)			〃	〃	136×75×143	257	2,980	〃
〃	〃 H2	120	102			〃	200/15	173×60×146	283	4,295	
	〃 H1	〃	80(CBC) 60(〃+DIF)			〃	〃	142×60×142	260	3,848	

22. 血液像自動分類装置（Instrument for Blood Cell Differentiation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	カウント数	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エルマ販売	F410				12	10	12×50×23	0.5	11	

オムロン	MICROX (HEG-120)		120		50, 100, 200, 300, 400, 500	100/20	122×75×120	390	6,300	
ダイナボット	セルダインアナライザー 3500SL	130～350	90	レーザー多角度偏光散乱分離法		1,550	74×52×61	86		
東亞医用電子	多項目自動血球分析装置 NE-1500	サンプラーモード200 マニュアルモード125	90	RF/DC検出方式		1,060	62×84×65	133.5		
	〃 NE-8000	〃	120	DC/RF検出方式		1,370	115×95.5×66	190		
〃	〃 SE-9000	サンプラーモード250 マニュアルモード100 キャピラリーモード40	〃	RF/DC検出方式		1,860	110.8×61.8×72	165		
日科機	STKS-Retic		138		白血球8000 網状赤血球32000	2,000	190×40×155	216		
	MAXM A/L-Retic		75		〃	1,446	68×56×79	95.5		
堀場製作所	自動血球計数装置 LC-121	150	70	電気抵抗法 染色法		500	75.5×46×49	73	1,800	

23. 骨髄像分類器 (Instrument for Differential Myelogram)

会社名	商品名 型式名	測定法	カウント数	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
				V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エルマ販売	F510	目視	36	20	24×24.5×160	1	58	
オムロン	LADIC-31 (3T2-31)		1～999	100/0.35	36×40×14.5	15	60	骨髄像と白血球の切換可能
萱垣医理科工業	MMT-421	加算	1～999	100/1	30×39×14	6.5	70	オンライン可
	〃 -450SM	〃	〃	〃	31×41×27	7	95	〃

24. 細胞分類装置 (Instrument for Differential Cytology)

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体/h		数	V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
オーソ・ダイアグノスティック・システムズ	オーソサイトロンアブソリュート	300	20,000/sec.	レーザーフローサイトメトリー (FCM法)		100/25	95×60×57	150	1,920	電源ユニット及びプリンターは別 オートバイオサンプラーは別
日科機	EPICS XL	指定なし		レーザーフローサイトメトリー		1,500	61.0×57.2×50.8	63.5		
	〃 ELITE	〃	60	〃		4,000	142×167×129	360		

25. 血液型自動判定装置（Blood Type Automatic Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h		数	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
東レ	TORAYMAC GR	20～50	240	凝集法	12ch	850	210×81×125	300		

26. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
オムロン	LADIC-S(3T2-S)		100/1	43×35×20	12	150	RS-232C又は20カレントループ伝送
	遠心塗抹装置 (HEG-NSP)	血液量0.2ml，回転数4,700rpm	100/3	19×43×23	20	95	
〃	自動染色装置 (HEG-NST)	染色槽３槽，洗浄槽１槽，タイマ０秒～99分59秒設定，50枚染色/回	〃	44.6×62×40	33	90	
バイオテック	オートセラドット	HLA用自動ドッティングマシン(抗血清，オイル自動分注機)	50	65×35×48	25	430	
	オートセルドッター	HLA用リンパ球・補体自動分注機　60穴72穴兼用型	80	36×36×32	20	160	
〃	イムノビーズウォッシャー	Tセル・Bセル分離用，イムノビーズ用洗浄装置	〃	43×35×38	10	90	磁気ビーズ用
浜松ホトニクス	キセノンフラッシュランプモジュール C5602	高安定キセノンフラッシュランプと電源・トリガソケットを一体化し，コンパクト化を実現しました。取り扱い，装置への組み込みも容易です。	9	12.0×3.7×7.0	0.5	7.8	

核医学(RIA)機器
免疫血清検査機器

27. ラジオイムノアッセイ装置（Instrument for Radio Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			μl	検体／h	μl	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アロカ	オートウェルガンマシステム ARC-370M	RIA 各種				140	48×60×66	180		
	〃 ARC-1000M	〃				120	104×63×66	200		
〃	全自動 RIA 装置 RIA-2000	市販 RIA,IR-MA キット	20～200	項目による	20～500	1.5K	124×99×122	360		市販ビーズ固相・チューブ固相キットの処理が可能

28. 酵素免疫測定装置（Instrument for Enzyme Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			μl	μl／検体	μl	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アロカ	全自動 EIA 装置 AEC-2000	市販ビーズ固相 EIA キット	20～200	項目による	20～500	1.5K	約124×99×122	約340		市販ビーズ固相キットの処理可能
栄研化学	AIA-1200XL	19	10～125	120		1,000	99×64×123	300	2,800	東ソー社製
	〃 -1200	〃	〃	〃		〃	〃	〃	2,400	〃
〃	〃 -600	〃	〃	60		250	80×59×40	68	800	〃
オーソ・ダイアグノスティック・システムズ	MTP-120	各種 OD 値	100～250	32 sec. / プレート		150	27×36×21.2	10	135	
オリンパス光学工業	OLYDAS-120	10		120テスト		3K	125×75×135	450		
カイノス	QUARTUS(MPI-15)	12	5～80	180	25～400	1K	89×77×56.8	130	1,700	フルオートランダムアクセス
国際試薬	エルジアオート	EIA 全般		3項目×60 バッチ		600	87×68×41	85	1,200	
	〃 F300	〃		3項目(40) 34～50分		〃	76.5 × 71.5 × 49.8	106	900	
三光純薬	Sjeia オートリーダーII					138	39.5 × 37.5 × 20.7	10	240	マイクロプレート専用リーダー
ダイナボット	コマンダー PPC	EIA 全般		60テスト／90秒		700	94×55×52	62		

大日本製薬	マルチスキャン バイクロマティック	プレート EIA		5秒/プレート		130	42×32×14	9	188	マイクロプレートリーダー
	OMNI	〃				1,000	66×69×140	165.9	1,780	オープン・リエージェントシステム
東ソー	AIA-600		10～125	60		100/2.5	80×59×40	68	800	
	〃 -1200XL			120		〃 /10	99×64×123	300	2,800	
東洋紡績	IB-500 model-50	EIA 全般	必要検査量 +50	項目による	項目による	600	73×61×116	185	1,280	
日水製薬	AIA-1200	21	10～125	120	1検体/1試薬カップ	1,000	99×74×123	300	2,400	東ソー社製
	〃 -1200XL	〃	〃	〃	〃	〃	〃 ×64× 〃	〃	2,800	〃
〃	〃 -600	〃	〃	60	〃	250	80×59×40	68	800	〃
日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ノバパスマイクロプレートリーダー			1波長12秒 2 〃 22〃		160	41×45×14	15	198	
日本ロシュ	COBAS CORE	EIA 全般	20～200	150	50～500	1,000	98×65×68	120	1,800	
日本ビオメリュー・バイテック	バイダス	HIV 1+2 クラミジア E2 等	項目により異なる	最大60	プレパック方式	100/6	81×53×41	65	1,500	
	ミニバイダス	〃	〃	〃 24	〃	〃 /1.8	54×53×44	38	800	
ヘキストジャパン	ベーリング ELISA プロセッサーIII					830以下	1115×60×58 35×60×24 31×37×40	95 18 23	1,980	オープン・リージェントシステム
ベーリンガー・マンハイム	エンチムンテスト ES300	35	1～200	100	0～1000	880	98×60×55	93	1,500	
	〃 ES700	〃	5～ 〃	100～200	400～1000	1,300	119×77×117	240	2,800	
マイルス・三共	テクニコン IMMUNO 1	24	2.4～65	120テスト		200/20	165×74×137	426		ランダムアクセス

29. 螢光免疫測定装置（Instrument for Fluorescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			μl	μl／検体	μl	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
三光純薬	サンオート FE	便中ヘモグロビン	ろ紙	80	500	900	106×73.5×101.0	250	1,150	便中ヘモグロビンをフルオートで測定
ダイキン工業	エバネット EV20	FDP,ATIII DD,CRP 他	8～200	1テスト10分 6テスト20分	モノテスト試薬(専用)	100/2	52×47×26	33		6項目ランダムアッセイ

ダイナボット	AXSYM アナライザー	CEA,AFP, HBsAg 他		80～120		1,800	159×83×120	275		
	IMX アナライザー	甲状腺,肝炎ウィルス他	150	24検体/15～40		700	70×63×36	43		
ファルマシア	フローロカウント96	特異的 非特異的 IgE		90秒/プレート		60	41.5×79×19	17.5	450	
ヘキストジャパン	オープスアナライザ	9	10～30	最大75		330以下	66.0 × 58.4 × 40.6	34	700	ドライイムノアッセイ

30. ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（Instrument for Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			μl	μl／検体	μl	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
ヘキストジャパン	BNA	プラズマ	40	225	40	300	94×48×54	55	1,700	
	BN100	プロティン	〃	100	〃	400	94×40×51	〃	900	
ベックマン	アレイ360	20項目オンライン (60項目)登録可能	7～105	40～80テスト/時	47	100/4	91.4 × 61.2 × 65.6	68	970	
	〃 360CE	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	1,220	

31. ラテックス凝集反応測定装置（Instrument for Latex Agglutination）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			μl	μl／検体	μl	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エイアンドティー	501X	20	3～80	130		100/20	126×75×105	230		
栄研化学	LX-2500	26	50～300	130	50～300	100/50	75×126×105	230	2,600	A&T 社製
	〃 -M	〃	5～250	45	〃	〃 /30	60×55×44	47	980	〃
〃	OC-SENSOR	便潜血	90	90		〃 /20	60×40×46.5	40	480	多摩精機社製
協和メデックス	EL-1200		2～100	180テスト	500	100/13	115×76×117	150	2,500	
	〃 -1060		〃～60	300 〃	300	〃 /10	71×70×62	98	1,600	
三光純薬	バイオトラック516	血中テオフィリン	全血45			72	16.0 × 20.9 × 9.6	3.5	60	血中テオフィリン濃度を3分間で測定
ダイアヤトロン	LPIA-200	39	3～40	150		700	85×67×58.5	135		全自動免疫血清検査システム 三菱化成社製

東亞医用電子	免疫凝集測定装置 PAMIA-20	20	10	60テスト		770	98×66×57	170		
	〃 PAMIA-30	12	〃	45 〃		480	64×54×43.5	65		
〃	〃 PAMIA-100	20	〃	150 〃		1,050	161×76×123	223		
日本商事	ヘモテクト(HT500)	便潜血	60	98検体/50分	140	100/3.5	本体70×66×48 ポンプユニット35×37×34	72 13	498	全自動専用機 バーコードリーダ(オプション)

32. 化学発光免疫測定装置（Instrument for Immuno Chemiluminesence）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			μl	μl／検体	μl	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
栄研化学	ルミスポット AL-1000	AFP,CEA, HBs,HBc	10～100	100	40	100/7.5	75×68×113		1,980	アロカ社製
エム・シー・メディカル	イムライズ	10		120		110/10	63×102×41	109		
カイノス	MAST 専用ルミノメータ (MM-100)	26	750	640	1,300	80	32.0 × 39.5 × 20.5	14	400	MAST 専用測定装置
協和メデックス	ACS-180		10～200	180テスト	50～100	100/8.5	149×61×59	160	1,980	
三共	ルミノマスター LEIA-2000	14	30～100	120	300	100/15	160×77×125	420	3,300	
ダイアヤトロン	JIA-FS150 ルミクイック	10	20～100	150		1,500	分析部95×73.9×101.5 操作部64×65×142.5	280		全自動発光免疫測定装置 日本電子社製
第一化学薬品	Access イムノアッセイアナライザー	24	10～100	100		100/1.5	本体 99.0×1,147.0×61.0	本体 91	1,800	コンティニアスランダム方式 全自動化学発光酵素免疫測定装置
チバ・コーニング	ケミルミアナライザー ACS180	13	10～200	180	100～450	850	149×59×61	160	1,980	全自動
日本コダックダイアグノスティックス	アマライトアナライザー	21	10～200		項目により異なる	100/1.6	51×75×31.5	35	400	
日本電子	JIA-FS150	感染症マーカー他	20～150	150テスト	20～150	100/20	160×74×125	280	2,600	13分反応の CLIA 方式

富士レビオ	ルミパルス1200	CA19-9 CA125 CEA 他	10～100	120テスト	項目により異なる	500	102×72×61	120	1,950	
ヘキストジャパン	ベリラックス アナライザー250	ホルモン 腫瘍マーカー	50～100	600	300	150	74×61×50	57	750	

33. 螢光偏光装置（Instrument for Polarized Fluorecence）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			μl	μl／検体	μl	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
ダイナボット	TDXFLX アナライザー	血中薬物濃度他	50～500	20/20分		600	70×58×34	41		

34. 判定装置（Instrument for Immunoreaction Assay）

会社名	商品名 型式名	測定範囲	判定法	光源	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
					V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
東レ	自動読取機 LP1200	凝集法	画像処理	螢光灯	600	78×42×78	72		

35. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	オートダイリューター HAY-500	ダイリューターの高さを自由に設定できますので，プレートに傷をつけません。	100/1	53×49×31	30	210	
	オートドロッパー MAG-500	0～300μl まで9種類の分注量を自由に設定できます。	〃	〃	〃	〃	
〃	自動分注・希釈装置 MAGY-1000	ドロッパーとダイリューターの両方に使用できます。ステンレスノズルは針内独自の洗浄方法でコンタミがありません。	100/2	〃	33	320	
シグマ精器	オラシュアー	検査のための純粋な唾液を採集します。輸送，長期保存も可能です。					
テカン・ジャパン	検体分注・希釈機 メガフレックス	4本プローブで高速処理。20μl CV 1％以下ファーストウォッシュにて洗浄	200	76.1 × 66.2 × 42.8	55	980	
	〃 RSP-5051	リニアラックドライブ・チップ交換ユニット。バーコード検体管理	350	97.0 × 64.7 × 50.0	84		
〃	〃 インパクト	8連チップ交換にて，サンプル処理のスピードアップ。バーコード対応					
	検体分注・希釈搬送システム マース	分注・希釈→インキュベーション→ウォッシャー→リーダー(EIA・FIA その他)ロボットアームによる搬送システム					

〃	比色計 スペクトラⅠ・Ⅱ・Ⅲ	96穴マイクロプレートリーダー赤血球凝集反応測定	100	28.5 × 17.0 × 32.0	8.2	135 ～ 185	
	蛍光免疫測定装置 フロースター	96穴，24穴，6穴プレート対応。IBM 対応ソフト	200	45.0 × 60.0 × 20.0	15	550	
〃	画像記録装置 Mc Pict	検査記録の管理システム	〃	50.0 × 60.0 × 30.0	20	650	
	ウェスタンブロット自動染色装置 プロフィブロット	試薬の分注・アスピレーション・振とう・インキュベーションがステップ毎に20プログラム入力可能	150	40.0 × 60.0 × 45.0	10.5	450	
〃	96穴プレートウォッシャ SLT 96PW	96穴プレートウォッシャー	50	30.3 × 22.5 × 45.5	12.6	185	
バイオテック	ALCS1000	EIA 用抗原作成装置，反応系にも対応可	500	12.0 × 10.0 × 15.0	150	2,500	
浜松ホトニクス	メタルパッケージ 光電子増倍管 R5600U シリーズ	TO-8 タイプメタルパッケージの中に入った世界最小の光電子増倍管です。高感度，高速応答の特長を生かしたまま，全長を従来比 1/7 にしました。		φ15×1.0	4.1g	4.0 ～ 9.5	
〃	フォトンカウンティングユニット C3866	EIA, FIA の微弱光計測(フォトンカウンティング)を容易に行える小型で低価格なフォトンカウンタです。装置への内蔵も簡単です。	15	8.8×17.0×3.2	0.5	12	
〃	〃 ヘッド H5920	光電子増倍管とフォトンカウンティング回路，高圧電源を一体化した高感度光センサです。低圧電源を接続し，出力をカウンタで計数することにより，S/N の良いフォトンカウンティング測光ができます。		φ3.8×12.5	0.24	未定	
富士レビオ	マイクロプレートプロセッサーファステック535	試薬の分注・検体希釈・プレート振とうを自動的に処理。処理能力は分注時，希釈時各々 1 プレート/分。	150	79×58.5×39.5	50		
〃	パターンリーダー ファステック901S	マイクロプレート上の凝集像を計測し，陽性・陰性像を自動的に読み取る装置。	150	34×60×25	18	298	

細菌検査機器
尿検査機器
病理検査機器

36. 微生物分類同定装置（Instrument for Bacterial Identification）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	備考
			検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
日水製薬	センシタイター	蛍光測定法		620		68	1,360	英国・センシタイター社製
	オートインキュベーター			220		90	640	センシタイター専用
日本ベクトン・ディッキンソン	オートセプターシステム	生化学反応 色調吸光度測定	40パネル	300	66×45×43	38.5	1,100	細菌検査管理ソフト標準装備 菌液分注器はオプション数種あり
日本ビオメリュー・バイテック	バイテック自動細菌検査装置 モデル Jr,60,120,240	比色・比濁	30～240	(Jr) 100/82	(Jr) 166×55×52	(Jr) 68	1,400～3,900	
	ATB システム	ネフェロ＋比色法	100	〃 /8	36×26×56(本体)	20	650	

37. 感受性試験装置（Instrument for Bacterial Sensitivity Test）

会社名	商品名 型式名	処理能力	薬剤形態	MIC 測定	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	備考
		検体		可・否	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アスカ純薬	センシミックリーダー SM-R100	最大720	乾燥薬剤 ユニット式	可	約200	38.5 × 37.0 × 17.2	約10		テルモ社製
長瀬産業	MIC2000 ドライシステム	70秒/プレート	ドライプレート	可	100/2	68.0 × 64.0 × 55.0	67	780	
日水製薬	センシタイター		プレートに分注乾燥済	可	620		68	1,360	英国・センシタイター社製
	オートインキュベーター				220		90	640	センシタイター専用
日本ベクトン・ディッキンソン	オートセプターシステム	40パネル	ドライ	可	300	66×45×43	38.5	1,100	菌種により同定検査同時実施 管理ソフト分注器同定と同じ
日本ビオメリュー・バイテック	バイテック自動細菌検査装置 モデル Jr,60,120,240	30～240	カード式	可	(Jr) 100/82	166×55×52	68	1,400 ～ 3,900	
	ATB システム	100	ドライパネル	否	〃 /8	36×26×56(本体)	20	650	
パクスター	オートスキャン 4	5秒/パネル	ドライタイプ マイクロタイター	可	120	48.3 × 58.4 × 25.4	18	800	
	マイクロスキャン WalkAway 40	40パネル同時	〃	〃	1,100	96.6 × 73.7 × 73.7	170	2,000	
〃	〃 〃 96	96 〃	〃	〃	〃	96.6 × 73.7 × 94.0	182	3,300	

38. DNA 測定装置（Instrument for DNA Analysis）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	備考
			検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
日本ロシュ	ジーンアンプ PCR システム 9600-R			1,500	52×61×30.5	40.5	270	サーマルサイクラー

39. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	備考
			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アムコ	バクトロン	ノーグローブ方式嫌気チャンバーシステム。従来品の様にグローブごしに操作を行なう煩わしさをなくした。素手でチャンバー内作業の出来るシステム。	100/9	124×82×74	125	250	
〃	アンオキソマット	嫌気性・微好気性ジャーシステム。細菌の培養ガス組成を自由に選択でき，20～70秒で完全な希望通りの至適培養ガス組成を自動分配します。	100/1	37×39×13	8	200 ～ 290	
オルガノンテクニカ	バクテアラート120	バクテアラート微生物検査システムは全自動の血液培養検査装置で，オルガノンテクニカ社の特許による CO_2 センサーで検体中の微生物の存否を24時間連続モニタリングし，リアルタイムの報告が可能。	100/6	87×60.5×87	152	900	
	〃 240		〃 /7	87×60.5×174	193	1,500	
セントラルメディカルサプライ	全自動培地作成装置 CHK-5	細菌培養に使用する培養類，マル型，二分画型，角形シャーレに自動的に分注，1時間250枚作業可能，殺菌環境下で分注の為，初めての方にも操作が容易。	300	86.0 × 60.0 × 85.0	80		
日水製薬	NZR システム	ハンドリーダ(ノギス方式)で，阻止円の大きさを読みとり，感性度と MIC を出力する。統計データ，報告書出力可能。	150		3		
日本ベクトン・ディッキンソン	BACTEC 9120システム	血中の CO_2 をボトル底部に組みこんだセンサーに取り込み，CO_2 の量に応じて生成される色素からの蛍光強度を測定し，微生物の代謝の存在を確認する全自動血液培養検査装置	1,150	127×56×60	222	1,300	
日本ビオメリュー・バイテック	VITAL 自動血液培養装置	蛍光減少法を採用した画期的な血液培養測定装置である。	100	78×114×108	400		
和光純薬工業	トキシノメーター MT-258	個人差のないエンドトキシン濃度が得られる比濁時間分析装置。測定開始後，拘束されることなく最大８検体同時測定可能	100	33×27×10	5.5	130	

40. 浸透圧計（Osmotic Pressure Manometer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	サンプル量	測定範囲	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		検体／h	μl	mosM／kg	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
京都第一科学	オスモスタット OM-6040	20～30	60	0～2,000	150	34.0×36.0×22.2	16.5	190	
真興交易	浸透圧計 SMO-1	20	150	0～1,600	90	24×26×13	6	76	ドイツ・クナウァー社製
	デジタル浸透圧計 DI-SMO	〃	〃	〃～2,000	〃	〃	6.3	130	〃
富士工業	アドバンス浸透圧計 3C2	44	300	〃	115/3	69×46×54	34	398	BCD, RS232C 御相談下さい
	〃 3D3	低濃度 2分/検体 高濃度 3分/検体	200～250	0～4,000	110/1.5	32×42×30	11	198	RS232C 出力
〃	〃 3M0	1分/検体	20	〃～2,000	115/0.75	19×30×38	10	〃	〃

41. 尿分析装置（Urine Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定項目	サンプル量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		検体／h		μl	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
栄研化学	US-2100	720	8	試験紙反応	100/5.0	40.0×36.5×31.5		230	寺崎電気社製
京都第一科学	スーパーオーション アナライザーIISA-4230	140	Max.9	900	400	54.0×40.0×52.0	48	950	
	ミニオーションアナライザー MA-4240	120	〃 8		50	本体35.0×31.5×13.0 オプションユニット12.2×26.3×14.0	6 1.5	39.5	
東亞医用電子	自動尿沈渣分析装置 UA-2000	60 or 80	赤血球 白血球他	約1.2ml	最大1,000	95.4×60×55	125		
マイルス・三共	クリニテックアトラス	200	12		100/2.5	72.4×64.8×66.0	59	960	色調，混濁を含む12項目フルオート
	〃 200+	360	10		〃 /1.5	35.4×51.5×20.7	13.6	199.8	白血球を含む最大10項目の測定
〃	〃 100	60	〃		〃 /0.22	39.4×32.0×11.2	3.9	39.8	〃
和光純薬工業	プレテスター RM-505	360(5～9項目) 450(1～4項目)	9		50	37×28.5×9.5	6	205	

42. 自動 PSP 測定装置（Automated PSP Tester）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定項目	サンプル量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		検体／h		μl	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
常光	PSP-DP		PSP 負荷		100/2	27×33×50	9		2 波長測定方式

43. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アジア器材	アトラスピッツ	クリニテック・アトラス（全自動尿分析装置）の専用容器。機械に掛けた後，そのまま沈渣が行えるように，目盛が付いています。					
アムコ	自動血液培養装置 バクテアラート	血液培養ボトルを装置にセットするだけで，結果の判定・プリントアウトまでを自動的に処理します。検出時間の短縮，省力化が計れます。	100/5	87×60×128	190	1,500	
オムロン	LADIC-51 (3T2-51)	尿沈渣分類計数器：28～46項目まで分類可能	100/0.35	36×40×14.5	15	80	数視野・全視野・毎視野分類，定性分類，ダイレクトセット項目
萱垣医理科工業	尿沈渣分類システム U-700	尿沈渣の分類計数装置。オンラインにより定性データを見ながら分類結果の入力ができます。	100/2	31×41×27	7	520	
テクノメディカ	Amlex-60	尿中デルタアミノレブリン酸の自動装定装置。前処理不要 1H/60検体	600	61.5 × 42.5 × 62.3	40		
テルモ	(尿試験紙) ウリエース	尿中にアスコルビン酸が含まれてもブドウ糖検査値にほとんど影響がない。					

44. 自動ミクロトーム（Automatic Microtome）

会社名	商品名 型式名	冷凍室内温度	切削寸法	薄切厚み範囲	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		℃	mm	ミクロン	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
サクラ精機	サクラ凍結切片作製装置 CM-502	−30	170	0〜20	100/10	67.0×80.0×122.5	150	310	
日本電子輸入販売	(クリオスタット) AS620	−30		1〜30	100/11	66×64×107	120	350	英国・シャンドン社製 チャンバー内をフォルマリンガスによる殺菌が可能
マイルス・三共	ティシュー・テック ミクロトームクリオスタット	−30	26×31	2〜20	50Hz 100/6.2 60 〃 〃 /7.5	67.3×67.3×121.9	100	298	清掃が簡単

45. 自動包埋装置（Automatic Embedding Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理工程槽	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		数	数／回	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
日本電子輸入販売	シタデル2000		110カセット		68φ×62.5	52	265	閉鎖型自動包埋装置 英国・シャンドン社製
	ハイパーセンター XP		180 〃	100/13.5	45×62×117	99	440	上部コンピューターで処理槽を5台制御可 英国・シャンドン社製
マイルス・三共	ティシュー・テック VIP M1500	14	150	〃 /8.8	50×58×130.5	123	530	脱水，脱脂 パラフィン浸透装置
	〃 VIP M3000	〃	300	〃 /9.5	50×58×134	131	720	

46. 自動組織細胞染色装置（Automatic Tissue Staining Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理工程槽	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		数	数／回	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
日本電子輸入販売	パリスティン24-4	24	64枚	100/5	86φ×60	60	220	コンパクト設計の為設置場所をとりません 英国・シャンドン社製
	〃 XY	50	70〃	〃 /10	108×71×57.5	100	350	多様化する染色に対応する染色装置

47. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
サクラ精機	サクラ自動免疫組織染色装置 IHS-20	本体操作パネルを介した対話方式の為，プログラム入力/操作が簡単です。4℃(オーバーナイト処理)，室温処理，37℃(加温処理)の3段階から処理温度を選択できます。	100/4.4	82.0 × 58.0 × 68.5	102	590	

マイルス・三共	ティシュー・エンベディングコンソールⅣ	より使い易くなったパラフィン包埋ブロック作製装置	100/6.5	82.5×60×32.5	39.5	183	
	TBSカセットラベラーE	固定包埋用カセット印字が簡単，明瞭に行えます。	〃/1.0	26×33×74	11.9	328	
横河電機	細胞診自動スクリーニング装置 Auto Pap 300	独自開発によるFOVコンピュータと細胞画像判読ソフトウェアにより子宮癌細胞の自動判別を行う。	115/15	110×70×130	356		米国・NEOPATH社製

生理機能検査

48. 心電図検査システム（Electrocardiogram Analyzer）

会社名	商品名 型式名	解析方式	チャンネル数	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
フクダ電子	FCP-4266L		3/6	160	42×49.8×19.4	18.5	410	
	〃 -2000A			システムにより異なります				データマネージメント

49. サーモグラフィー装置（Instrument for Thermography）

会社名	商品名 型式名	温度分解能	操作時間	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		℃	秒	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
日本電子	サーモビュア JTG-5310	0.013	0.8	100/2.5	カメラ13.5×28.5×15.6 36.5×49×14	カメラ4.5 コントローラ9.5	750	24万画素の高画質

コンピュータ

50. 臨床検査システム（Computer System for Clinical Laboratory）

会社名	商品名 型式名	CPU メモリ容量	磁気ディスク容量	CRT台数	プリンタ台数	オンライン分析計台数	検査項目数	処理検体数／日	データ保存日数	メーカー希望価格 万円	備考
伊藤忠テクノサイエンス		32M (標準)	2.1G (標準)	ユーザの希望により無制限対応可能。						別途	
エイアンドティー	CLINILAN Ver7.5	Pentium 24MB～	3.6G RAID5	10～50	10～50	10～150	9,999	99,999	1年以上		
大塚製薬	オーシン	64MB～	1.6GB～	任意増設可	任意増設可	任意増設可	9,999	9,999	ディスク容量に依存 180日～		
オリンパス光学工業	OLCOS 500			50台以上，接続可能			10,000	最大 60,000	制限なし		UNIX を使用
	〃 -ELS	1.6MB	100MB	1	1	1		900			
萱垣医理科工業	MMT-122MOS					1～8	白血球 尿沈渣	1,000		320～	
島津製作所	クリニケア400	8MB	80MB	1	2	2	150	200	120	800	
ダイナボット	WINC	32MB	1GB	任意増設可	任意増設可	任意増設可	8,000	8,000	5年以上		
	D-WORX(DMS)	640KB	40MB	1	2	IMX×5	360	9,999	90日		
橘電気	迅速検査 PCネットワークシステム	8～64MB	500MB ～8GB	5～250	3～10	5～20	1,000	1,000	1年～2年		サーバクライアント Net Ware 対応
	小規模 PC-LAN システム	1.6 ～9.6 〃	80 〃 ～2 〃	2～5	2～4	2～5	〃	500	6ヶ月～1年		LAN
〃	オーダリング 医療情報システム	8～64 〃	500 〃 ～8 〃	5～250	5～40						サーバクライアント Net Ware 対応
	健診システム	1.6 ～9.6 〃	80 〃 ～2 〃	1	1～3	1～3	500				
〃	〃 (LAN)	8～64 〃	500 〃 ～8 〃	2～4	2～4	〃	〃				サーバクライアント Net Ware 対応
	輸血検査システム	640KB～ 9.6MB	100MB～	1	1～2						
〃	ドクター支援システム	〃		〃	1						院内パソコンでドクター支援
	病理検査システム	1.6 ～9.6MB	80MB ～2GB	2～5	2～4						LAN 対応
〃	細菌検査システム	〃	〃	〃	〃						〃
	請求事務処理システム	640 ～9.6MB	100MB～	1	1～3						〃
〃	医療画像管理システム										Macintosh

東亞医用電子	血液検査用データ処理装置 DPS-2000	i486D×2 32MB	1GB	1	1	6	72 (1検査室)	2,000	40,000件又は1,095日		
	〃 -2100	i386D×2 32 〃	〃	〃	〃	〃	72×2 (2検査室)	〃	〃		SE-9000 スキャッタグラム対応 搬送システム対応
〃	〃 -2200	i486D×2 32 〃	〃	2	2	13	72 (1検査室)	〃	〃		
	〃 -2300	i486D×2 32 〃	〃	〃	〃	〃	72×2 (2検査室)	〃	〃		搬送システム対応 SE-9000スキャッタグラム対応
〃	尿検査用データ処理装置 UDPS-200	i486 1.6+8MB	40MB	1	1	8	60	1,000	30,000		一般検査
東芝メディカル	MLS-16A	1MB	20MB	1	1	2	128	400	90日		
	〃 -30B	4 〃	134 〃	2	2	4	200	600	3万検体		
〃	〃 -30B/S	12 〃	425 〃	～6	～6	～12	〃	1,000	12 〃		
富田システムズ	尿沈渣ノート CS-02U	32bit 2MB	80MB	1	(1)	(1)	90	300	3ヶ月	30	ホスト接続可 ( )はオプション
	血液分類ノート 〃 -02B	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	検査データ処理システム 〃 -12X	〃	300MB	〃	1	1	400	999	4万検体	150～	生化学，血液，尿一般向け
	〃 -22X	〃	〃	〃	〃	(3)	〃	〃	〃	198～	〃
〃	緊急検査システム 〃 -32E	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	260～	Windows 対応
	微生物検査システム 〃 -32V	〃	〃	〃	〃	〃	8菌株	100	1年間	280～	MRSA 統計含む Windows 版
〃	LAN システム 特注システム	任意	任意	2～			任意	制限無	ディスク容量		
長瀬産業	SUN 臨床検査総合システム	8MB～512MB	200MB～60GB	4～256	4～256	2～128	100～6,000	500～10,000以上	3ヶ月～5年	2,500～2億	UNIX-C EWS システム クライアント／サーバシステム サイベース標準
日本電気	PC-LACS(サーバ)	64MB～	1.2GB～	1～	1～		～9,999	～9,999	ディスク容量による		EWS/PC98 ベースのクライアント/サーバシステム
	〃 (クライアント)	11.6MB～	240MB～			1～					
日本電子	JCS-05	1.6MB	40MB	1～	1～	1～	最大60検体	480	6ヶ月	500～	
	〃 -20L	8MB	300MB	2～	2～	3～	最大150項目/検体	最大1,000	〃	1,250～	Netware386
〃	〃 -20L/M	〃	〃				〃	〃	1年～	1,400～	〃 無停電電源装置
	〃 -20LL	12MB	500MB				〃	〃	〃	1,700～	〃
〃	〃 -20LL/M	〃	〃				〃	〃	〃	1,850～	〃
日本サイワード	ALPHA-NET 総合版	1.6～14MB	1.0～3.0GB	2～80	1～80	～80	9,999	9,999	～80ヶ月		NETWARE対応
	〃 生化学血清	1.6MB	500MB	1～10	1～10	～20	300	1,000	～60 〃		PEER-TO-PEER LAN 対応

〃	〃 血液	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃 像カウンター機能
	〃 尿・一般	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃 沈渣 〃
〃	ALPHA-1	〃	300MB	1	1	3	300	1,000	～48ヶ月		特定分析機向けシステム
日立製作所	HILAS-400シリーズ	7MB～	200MB～	1～	2～	3～	250～	300検体～	100日～		
	〃 WSシリーズ	8 〃 ～	〃		1～	2～	150～	100検体～	〃		
〃	〃 CSシリーズ	11.8MB～	240MB～	〃	〃	1～	300～	〃	〃		
ビー・エム・エル	マイケルくんII	6MB以上	340MB							ご相談下さい	パソコンLAN対応可能な検査情報トータルシステム
三菱電機	MELAS	8MB～	500MB～	1～	1～	1～	9,999	100～4,000 99ヶ月			Microsoft® Windows対応のオープン型クライアント/サーバシステム

51. 周辺機器・その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	OMRシートサイズ	OMR読み取り速度	バーコードラベルサイズ	バーコード印字速度	消費電力 V/A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
アステックコーポレーション	バーコードプリンター UTiCODER2107				127mm/秒	210	21.4 × 35.9 × 29.0	10		小型・高速で鮮明印字
	〃 UTiCODER2104T				40 〃	150	43.6 × 30.0 × 18.5	9		スタンドアロンでの使用も可
〃	磁気/バーコードリーダー SKT-3003									キーボードインタフェース
小林記録紙	ラベルプリンター BP-200			横幅～106m/m 高さ～200 〃	60mm/秒 100 〃	100	25×38×27	11	55	
セコニック	OMR SR-90	ハガキサイズ ～B4	120枚/分			220	41.6×76.8×20	20	160	
	OCR SCR-802	JISカード ～A4	ANK 40文字/秒			120	41.6×59.2×29	〃	250	
東亞医用電子	バーコードラベラー BL-100			60×30mm	100mm/s	250	23×49.8×27.2	16		
長瀬産業	ユニットラベラー UL200				5秒/患者	150	20×58×45	35	387	最大9台まで連結して運用可能

52. 検体前処理システム（Sample Processing System）

会社名	商品名 型式名	特長	メーカー希望価格 万円	備考
アステックコーポレーション	採血管オートラベラー MODEL A-1	ホストコンピュータより伝送される検査依頼データに基づき最大８種類の採血管の中から必要な採血管を選択し検体ラベルの発行・貼付けを行ない，患者別に収納する全自動マシンです。		
〃	〃 TTP-6701	院内各科に分散設置して，必要な時に必要な数だけ採血管に検体ラベルの発行・貼付け処理を自動的に行なうオートラベラーです。		
アロカ	検体前処理自動分注装置 APS-1020	バーコードによる管理をチューブ単位で実現したラック搬送形高精度検体仕分けシステム。１検体に発生した多項目のサンプリングを連続処理する事ができるユニット方式。レイアウトフリーなアッセイエリア等で検査室のニーズに対応できる		
〃	検体大分け分注システム APS-5000	各元検体に貼付したバーコードラベルから直接 ID を読み取り分注を行う仕分けチャンネルは１ユニット当り２チャンネルで８チャンネルまで増設が可能５連ノズル/１チャンネルにより約1,000サンプル/時の高速処理が可能		
〃	検体前処理システム	検査部内の省力化，効率化，迅速化を図るため，検体検査の前処理である，遠心分離，開栓，分注の３つの工程を自動化したシステムです。システムは機能毎にユニット化。APS-1010，APS-1020の接続が可能です。		
〃	検体前処理自動分注装置 APS-1010	バーコードによる情報との照合をチューブ単位で実現したラック搬送形検体仕分け分注システムです。１検体に発生した多項目のサンプリングに応えるレイアウトフリーなアッセイエリアなどで検査室のニーズに応えます。		
オリンパス光学工業	検体前処理システム	前処理の遠心・開栓・分注を高速処理で行い，分析装置へ搬送するシステム。自動化により，繁雑な作業の省力化，データの信頼性，感染に対する安全性が向上。		
萱垣医理科工業	分注指示器 FYT-101MOS	小数で多項目な検査を正確に分注するために，またワークシートレスへの実現のため視覚的に分注を指示します。	500	
グンゼ産業	分注システム	高速分注装置。しかも血清量測定が自動で行える為，血清全量分注が可能です		
	受付システム	バーコードラベルの自動貼付機を備え必要な枚数だけ発行します		
シグマ精器	PRED-A I	チップ自動交換方式で，検査毎に，新しいチップを使用するのでキャリオーバーゼロです。		
	〃 システムII	上位コンピューターによりシステム側パソコンにワークシート情報を伝送し，ランダムアクセス分注します。		
〃	〃 システムIII	バーコードによる ID 番号認識とランダムアクセス分注ができます。本体内にバーコードリーダー自動検体ラック送り装置が内蔵されています。		
〃	検体自動搬送ラインシステム	様々な分析装置に直接検体を挿入可能な，フリープラン方式のベルト搬送ラインシステムです。		
〃	自動採血管 バーコードラベラー	入力されたデータに基づき，一患者毎最大４本の採血管に，バーコードラベルを貼付け，同時に採血指示表と手貼用バーコードラベル６枚を供給します。		

テクノメディカ	BC-ROBO-510 〃 -520 〃 -530	患者情報をバーコード化し採血管に自動貼付。各種の採血管に対応出来ます。貼付位置可変検査項目により自動的に採血管を選択し，情報をバーコード化し採血管に貼付けます。16種類の採血管を自動選択		
テルモ	ペノジェクトII オートオープナー XX-VP901 〃 903	自動的に開栓を行うことで，開栓業務の効率化及び感染防止に役立つ(処理能力＝1,000本/h)		
東亜医用電子	HSトランスポーテーションシステム SE-Alpha	多項目自動血球分析装置SE-9000と自動塗抹作製装置SP-1を接続することにより，検体の自動供給を行い，血球計数8項目，白血球分類10項目，血球粒度分布解析52項目および塗抹標本作製までを完全自動で行うことができる。		
〃	USトランスポーテーションシステム US-Alpha	自動尿沈渣分析装置UA-2000，全自動尿定性分析装置SA-4230，尿検査用データ処理装置UDPS-200を接続することにより，尿化学定性検査・尿沈渣分析の自動測定を行うことができる。		
東芝メディカル	TLA-100	検体検査の前処理工程の繁雑な作業を簡素化し，しかも作業上での人為ミスを極力少なくするシステムです。		
長瀬産業	PREP-AI	チップ自動交換方式で，検体ごとに新しいチップを使用するので，キャリオーバーゼロです。		シグマ精器社製
日本電子	JLA-500T	検体前処理，検体搬送，精密機器分注，検体保存等の一連の検査工程を自動化。また各種自動分析装置を搬送ベルトラインに接続することができる		
日立製作所	日立検体検査自動化システム	検体受付・分類・遠心分離・開栓・仕分分注・精密分注・搬送・分析計接続・閉栓・収納・検体取り出しなど，各機能ユニットの組み合わせと，情報処理システムにより臨床検査のトータルオートメーション実現		
ピー・エム・エル	フロンティア自動分注システム	高速大量処理：1日約5万検体を5時間で処理。多種類分配：1検体から約150種類(標準仕様，増減可能)の多様な項目群へ分取分配。フェールセーフ・フールプルーフ・フレキシビリティ・拡張性・縮小性・パーパーレスといった特徴を有します。		
和光純薬工業	Hem前処理システム MA-701	最大540検体/hを処理可能な便潜血前処理ステーション。採便容器の開栓からマイクロプレートへの検体のサンプリング，試薬の分注を自動で処理することができる。	480	

その他の臨床検査機器

53. マイクロピペット（Micropipette）

会社名	商品名 型式名	分注容量	方式	精度	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	固定・可変		W×D×H (cm)	kg	万円	
医学生物学研究所	Easy Pipet	0.5～19,950	可変	±0.5%	本体18.0×4.8×5.0 コントロールボックス 10.8×8.3×30.0		12	連続分注，8連マニホールド分注，排出の3モード，高精度
三光純薬	エクセルオートピペット	5～500	可変	0.2%			6.9～14.5	
ダイアヤトロン	エッペンドルフピペット 3190	10～1,000 9種類	固定					ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 4800	1～2,500 16種類	〃					〃
〃	〃 4810	0.5～10他 6種類	連続可変					〃
	〃 バイオマスター4830	1.00～10.00 1種類	〃					専用マスターチップ使用 ドイツ・エッペンドルフ社製
〃	〃 4720	1.00～10.00ml 1種類	〃					ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 4780	10～5ml 7種類のコンビチップで24種類の容量設定	連続分注					〃
ニチリョー	オートクレーバブル ベンチメイト	0.5～5,000	可変				3.2	
	DNA(ドゥナ)ペット	2.0～25	〃				〃	
ニットーボーメディカル	SOCOREX ディスペンサー	100～10,900	可変	＜±0.5				
	〃 マイクロピペット	0.4～1,094	固・可	＜±0.1				
日本商事	フィンピペット容量固定型 チップインジェクター付	1～5,000 (15タイプ)	固定	≦1.0			2.1	ラボシステムズジャパン社製
	〃 デジタル 可変型	0.5～10,000 (6 〃)	可変	≦0.3～1.0 (再現性)			3.2, 4.0, 4.5	〃
〃	〃 ステップ可変型	5～1,000 (3 〃)	〃	≦1.0			2.95	〃
	〃 ステペット	10～1,000 (16段階)	〃	＜0.8～1.5			4.6	〃
〃	〃 ディスペンサー	20～2,000	〃	＜1～2			6.2	〃
	〃 PD	2～12 (2タイプ) 10～60	〃	＜0.2(μl)			3.8	〃
〃	〃 テラサキ	1～5	〃	(誤差) ＜0.25μl			9.8	〃
	FP-900 デジタルピペット	5～50 40～200 200～1,000	〃				18.0	〃

〃	フィンピペット ダイリュータ	希釈比 1：1～1：200	〃	(0.2～5.0)			14.5	〃
	〃 エレクトロニック	5～1,000	〃	<0.4～1.0	6×23	0.18	9.8	〃
〃	〃 バリチャンネル	〃 (3タイプ)	〃	<0.08～0.42			14.0, 17.0	〃
	〃 イージーステッパー100	25～100	〃	<2～4			4.6	〃
〃	〃 P.C.R	0.5～25 20～200	〃				3.3	〃
	〃 カラー	0.5～1,000 (4タイプ)	〃				3.2, 4.0	〃
〃	〃 デジタル ACL	0.5～10,000 (6タイプ)	〃				3.6, 4.3, 4.8	〃
	〃 カラー 容量固定型	10～1,000 (10タイプ)	固定	≦1.0			2.1	〃
和研薬	EDP 2	0.5～2,500	可変	<0.8%	5.8×8.0×28.0	0.23	3.98～	米国・レイニン社製
	〃 プラス	0.5～10,000	〃	<0.6%	6.3×8.2×28.0	0.28	7.8～	〃

54. 分注装置（Dispenser）

会社名	商品名 型式名	分注容量	処理能力	チャンネル数	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h	数	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アスカ純薬	センシミックイノキュレーター SM-I100	100	45		100/2	52×39	31	未定	テルモ社製
アロカ	ランダムアクセスワークステーション APS-780	10～200 仕様により異なる	約96/5分 条件により異なる	1	1K	100×74.7×78	150 本体のみ		96穴マイクロプレート他プレート専用分注装置
	〃 APS-935	10～1,000 〃	290 〃	〃	〃	86×80×61	120 〃		同時希釈機能を有する
〃	〃 APS-720SII	〃	600 〃	2	〃	150×95×167	400 〃		ラックバーコード対応
コスモテック	BISTEQUE 105	10～1,000		1	100	55×55×50	30		チップ方式
	〃 203	5～210		12	〃	60×45×40	25		〃
〃	〃 601	〃		〃	250	80×66×60	85		〃 (スタッカー付)
	〃 605	〃		4	300	105×62×74	80		〃 (検体分注)
三光純薬	オートサンプラー SGR100	5～1,000	300	1	100	82×76×56	60	440	ステージ上であればパターン設定は任意
ジーエルサイエンス	マイクロラボ SPE	10～1,000	300	8	700	102×66	80	300～800	
	PSD/2 モジュール	1～2,500	600	1	25	6.2×10.67	1.4	15～20	

シグマ精器	PRED-AI	10～1,000	340	1	700	90×63×48	85		チップ交換方式
ダイアヤトロン	電動分注システム 5221	0.5μl～50ml							
東洋紡エンジニアリング	ガーディアン SP-1	5～3,000	600	2	100/2	76.6 × 72.6 × 45.0	70	700～	
	〃 〃 -2	〃	〃	〃	〃	11.4 × 72.6 × 45.0	90	1,000～	
〃	チップガーディアンSP-1	10～1,000	400	〃	〃	76.6 × 72.6 × 45.0	70	800～	
	〃 〃 -2	〃	〃	〃	〃	11.4 × 72.6 × 45.0	90	1,100～	
東レ	自動分注機 LP1200	10～300	300	12	800	115×90×125	250		
ニチリョー	NSS-1000	10～1,000				54.5×60.0	32	450	
	NSP-7000	5～235				30.3×64.5	42	185	
日本DPC	ロボスタットIII	10～1,000	1,200	5	700	69×65×35	57		
バイオテック	オートドロッパー EDR-96	0～300		8・12	80	44×50×27	25	198	
	〃 〃 -300	〃		96	100	42×45×23	〃	280	

55. 希釈装置（Diluter）

会社名	商品名 型式名	チャンネル数	希釈方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		数		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アロカ	ディジペッター APS-212			50	16×18×26	8		サンプルダイリューター
国際試薬	セロオート DIII		チップ方式	70	46×39×34	24	175	分注,希釈,洗浄
三光純薬	ピペットステーション SGR 400	12	ピペット法	300	105×70×60	84	580	サンプラー付 ストッカー付
	〃 〃 300	〃	〃	150	80×60×65	92	480	分注,希釈の連続枚数処理
〃	〃 〃 250	〃	〃	100	68×58×42	43	330	分注,希釈の連続動作
ジーエルサイエンス	マイクロラボ500			150	16×18	4.7	52～65	
	〃 1000			40	17×23	8.5	115～	

シグマ精器	PREP-AD	2	シリンジ	1,200	103×63×48	90		
東レ	自動分注機 LPI1200	12		800	115×90×125	250		
ニチリョー	マイリューター				18.4×19.7	11	120	
バイオテック	オートダイリューター EDL-96	8，12	回転式	80	44×50×27	25	198	
	ハルクス-1	〃，10	ピペット式	〃	32×42×33	〃	168	

56. 洗浄器（Washer）

会社名	商品名 型式名	分注容量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アロカ	マイクロプレートウォッシャー ACW-96	100～1,000			29×42×20			
医学生物学研究所	MESACUP Auto Washer	50～400	96ウェル3回/3分	100/0.3	27.9×36.8×21.3	4.53	63	小型軽量
オーソ・ダイアグノスティック・システムズ	オーソ CW-2		12/240sec	100/5	31.8×35.6×36.8	16.4	110	クームス自動洗浄器
	スクマット3	可変	28/ 〃	220	27×41×33	20.0	180	〃
萱垣医理科工業	プレートウォッシャー MPW-200N		80枚	100/3	66×46×101	70	110	プレートの洗浄
久保田商事	ガラス器具用全自動洗浄機		1,280本/回	200/30	90×70×82	125	286	強力噴射循環式 乾燥ユニット付き
三光純薬	TW-50	800		100	33×46×45	35		
大日本製薬	マイクロプレートウォッシャー S8/12J	0～1,000	1,000	30	27×45×12	8	98	マイクロプレート8，12
日本DPC	TW-50	1,000～6,000	3,000	10	33×46×45	35		
日本電子輸入販売	自動洗浄装置 ウルトラウォッシュ PLUS	50～500		100/5	20.1×40.9×25	8	140	米国・ダイナテック社製

バイオテック	オートミニウォッシャー AMW-2	0～1,000	1,000	30	27×45×15	8	75	マイクロプレート8, 12
	〃 〃 -24	〃	2,500	〃	〃	〃	87	〃 16, 24
〃	セラウォッシャー MW-96X	0～2,000	3,000	80	40×32×20	18	140	ミキシング付
	〃 〃 -96R	〃	〃	〃	30×40×18	14	125	
〃	〃 〃 -96F	〃	〃	〃	25×45×18	11	78	低価格タイプ
	オートセラウォッシャー AMW-96S	〃	5,000	85	53×39×20	30	260	全自動型
〃	ビーズウォッシャー BW-20A	0～10,000	2,000	70	20×30×30	10	87.5	ビーズ洗浄用
	〃 〃 -25A	〃	〃	〃	〃	11	92.5	〃

57. 振盪装置（Shaker）

会社名	商品名 型式名	同時セット数 検体数	しんとう回数 回／分	試料容量 μl	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
ダイアヤトロン	ミキサー5432	24本 40〃		2,000	30	18.5×18.5×14	2.8		ドイツ・エッペンドルフ社製
日本DPC	TS-200	200	180		5	42×11×7	10		
日本電子輸入販売	シェーカーインキュベーター AM89A	マイクロプレート4枚	100 ～ 200 RPM		100/1.25	30×43×18	7.3	68	米国・ダイナテック社製 温調可能。～60℃

58. 蒸留水自動製造装置（Automated Apparatus for Preparing Distilled Water）

会社名	商品名 型式名	採取容量 l／h	熱源	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
オルガノ	ピュアライト PRO-150	130以上		100/15	50×50×160	130	179	生化学自動分析装置に接続可能なオプション用意
	〃 〃 -100	75 〃		〃	50×45×120	100	153	
萱垣医理科工業	TK式再蒸留装置 TKS-20	20	蒸気	100/1	125×90×170	150	490	

59. 撹拌器（Mixer・Stirrer）

会社名	商品名 型式名	採取容量	処理能力	撹拌方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		l/h			V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
萱医理科工業	タッチミキサー MT-5C			回転	100/1	13×15×16	3	5.1	試験管振盪器

60. 滅菌器（Apparatus for Sterilization）

会社名	商品名 型式名	処理能力	熱源	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
				V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	乾熱滅菌器 KSH-60PM		電気	100/15	75×67×89	77	28.7	150l

61. 遠心分離器（Centrifugal Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理能力	同時セット数 検体数(本)	回転数 回数/分(rpm)	試料容量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
					ml	V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
オーソ・ダイアグノスティック・システムズ	オーソ CF-III	可変	12	High 12,000		100/0.7	23×27×25	1.0	25.8	
久保田商事	ハイキャパシティ冷却遠心機 8850	1,950ml	130	3,000	15	100/30	59×66×92	150	120	大型チューブラック方式専用の遠心機
	インバータユニバーサル 〃 5900	1,000 〃	48	3,500	〃	〃 /20	48×62×93	110	63.5	メンテナンスフリーのブラシレスモータ使用
〃	自動ハンドリング遠心機 4900	340本/時	80	3,000	〃	200/30	140×110×161	670	未定	質量測定とバランス配置を自動計算
三光純薬	サンフュージ SR		12	3,400 1,500		100	30×26×29	5	19.5	輸血検査用
	ラボクリット MT-1000		マイクロプレート 16枚	2,500		200	47×50×45	32	36	マイクロプレート用
ダイアヤトロン	遠心機 5415		18～30			250	21×28.5×28	7.3		ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 5410		12			100	21.5×29×22	7.5		〃
〃	冷却遠心機 5402		18～30			モーター350 冷却機200	60×47×29	41		〃
	遠心機 5416		4～192			800	40×44×31.5	26.5		〃
〃	冷却遠心機 5403					1,200	61×50×32	60		〃

62. 恒温槽（Incubater）

会社名	商品名 型式名	温度精度	調整の方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		℃		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	KTH-30P	±0.1	電子式	100/6	50×34×27	5	8.8	恒温水槽
三光純薬	サンサーモII	±0.5	ステンレス式 均等対流板式	300	30×25×18		6.2	輸血検査用
	サンサーモミニ	±0.1	マイクロコンピューター制御	250	48×34×34	15	48	小型 CO_2 インキュベーター
ダイナボット	コマンダーダイナミックインキュベーター	±0.5	温風循環	600	58×37×66	41		

63. 乾燥器（Drying Chamber）

会社名	商品名 型式名	温度精度	熱源	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		℃		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	KEF-60PM		電気	100/15	75×67×89	77	32.3	150*l*

64. 医療廃棄物処理装置（Disposing Apparatus for Clinical Laboratory Waste）

会社名	商品名 型式名	処理対象	処理時間	滅菌の方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			h／工程		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
協和メデックス	ヴェルテル200	医療廃棄物	4	乾熱滅菌	100/10	51×82×103	80	330	
	〃 100	〃	〃	〃	〃	36×26×25	8	26	
三光純薬	セーフティパル	注射針 プラスチック	0.6	熱風循環式	3,000	74×80×123	440	650	

65. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
ジーエルサイエンス	固相抽出加圧送液システム			38×13	1.4	48	
	シリンジ マイクロシリンジ各種						

〃	テフロン切換コック，フランジ，フレアー式バルブ						
	送液ポンプ全溶媒型各種						
積水化学工業	ハリポンオート	全自動真空採血針離脱収納器。AC/電池併用電源。各社ホルダー及び採血針に使用可能		19.6 × 19.6 × 25.3			
ダイアヤトロン	サーモミキサー 5436/5437	1台で撹拌とインキュベーションの2つの機能を備えています。サーモミキサー5436はエッペンドルフ1.5 ml チューブに，サーモミキサー5437はエッペンドルフ2.0ml チューブにそれぞれ適応します。	107	18.5 × 18.5 × 15.5	3		ドイツ・エッペンドルフ社製
テルモ	ベノジェクトII (真空採血システム)	採血から廃棄まで一貫して検査業務がクローズドの状態で行えることで，血液感染のリスクを軽減できる。					
東洋紡エンジニアリング	RO 純水製造装置 (TRO 型)	RO とイオン交換により，高純水が大容量得られ，しかもイオン交換樹脂が10倍長持ちし，経済的且つ25 cm 巾のコンパクト設計です。ラボ用純水及び生化学自動分析装置に最適です。					
〃	RO 純水製造装置 (TRO-120E 型)	生化学自動分析装置用に開発した新製品です。RO，イオン交換，タンクを内蔵し大容量(120 l/hr 造水)大貯水槽(100 l)を持つにもかかわらずコンパクト設計です。					
日電理化硝子	試験管，管瓶	再生使用からディスポ用まで各サイズがあります。試料の保存，分析用に最適です。					
	フリージングコンテナ	冷房保存やその他の収納ケースとして，各種容器に対応しています。					
〃	試験管立て	耐薬品性・耐腐食性に優れた，ステンレス・ワイヤー製です。低棚タイプもあります。					
日本コダックダイアグノスティックス	アマライトプロセッシングセンター	アマライトアッセイでの検体サンプリング，試薬分注からインキュベート，洗浄までを自動的に処理する	100/5.0	95.5 × 67.0 × 43.5	75	500	
ビーエム機器	カルチャーチューブ	透明度に優れた PS 製と，オートクレーブ可の PP 製あり。		12×75mm			米国・クオリティ社製
	プラスチックピペット	PS 製ピペットで綿栓付き。目盛り大きく(マイナス目盛)全て滅菌済み。					スペイン・ユーロチューブ社製
〃	ループ	PS 製ニードル付き。プラスチックペーパー包装，全て滅菌済み。					〃
	マイクロタイタープレート	U，平，V 底の 3 種類。全て滅菌済み。					〃
〃	ラテックス手袋	高品質ラテックス製，内側パウダー加工で透湿性です。					米国・ウェスト社製
	スナップシールチューブ	ロック(2段)キャップ付マイクロ遠沈管。煮沸や凍結時に最適。					〃
〃	トランスファーピペット	PE 製ワンピース型。−40℃保存及び液体の移送に適します。					米国・クオリティ社製
	チップ	エッペンドルフ，ギルソンの各種ピペットに対応する高品質チップ					〃

試薬

1. 生化学（1）

項目＼会社名	医学生物学研究所	エイアンドティー	栄研化学	エム・シー・メディカル	小野薬品工業	オルガノンテクニカ	カイノス	片山化学工業	関東化学	極東製薬工業
AST(ALT)			JSCC準拠試薬法	UVレート法	L-アスパラギン酸,L-アラニン		IFCC準拠試薬法	UV・レート法	IFCC準拠試薬法,他1	SSCC法,他1
ALP		P-ニトロフェニルリン酸基質法	〃	P-ニトロフェニルリン酸基質法			JSCC準拠試薬法	P-ニトロフェニルりん酸基質法	GSCC準拠試薬法	〃
ACP					DCNP基質			α-ナフチルりん酸基質法	Kind-King法	DCNP-P基質法
ADA										酵素法
ALD								果糖-1.6-二りん酸基質法		
AMY		Gal-G5-pNP基質法	G_7-PNP法	B-G5-CNP	Gal-G_4CNP,B-G_5-CNP		ブロックドpNP-G_7基質法	G5-CNP法	B-G_7PNP法,他1	3KB-G5CNP法,他3
GUN					グアニン基質					
γ-GTP			L-γ-グルタミル-PNA基質法	L-γ-グルタミル-P-ニトロアニリド基質法			γ-グルタミル-DBHA基質法	γ-グルタミル-P-ニトロアニリド基質法	IFCC準拠試薬法	P-ニトロアニリド基質法,他1
CK			Oliver変法	UVレート法			UV法	Oliver変法	GSCC準拠試薬法	CK-NAC法,他1
CHE			DTNB法	ブチリルチオコリン基質法	p-HBC基質		P-ヒドロキシベンゾイルコリン基質法	よう化ブチリルチオコリン基質法	ベンゾイルチオコリン基質法,他1	DTNB法,他1
LDH		UVレート法	SSCC準拠	UVレート法	L→P		GSCC準拠試薬	Wröblewski変法	GSCC準拠試薬法	P→L(NADH)-UV法,他1
LAP			L-ロイシル-PNA基質法	L-ロイシル-ニトロアニリド基質法	L-ロイシンアミド基質		L-ロイシル-DBHA基質法	L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法	〃	P-ニトロアニリド基質法,他1
CKアイソザイム									免疫阻害法	
TP			ビウレット法	ビウレット法	ビウレット		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法
Alb			BCP法, BCG法	BCG法	BCP		BCG法	BCG法,他1	BCG法	BCG法,他1
UN			ウレアーゼ,GLDH法	ウレアーゼ,GLDH法		クロマトグラフ法	URL-POP-POD法	ウレアーゼ-GLDH法	ウレアーゼGl-DH法,他1	ウレアーゼ,GLDH法,他2
UA		ウリカーゼ・POD法			酵素法		ウリカーゼ-POD法	ウリカーゼ-POD法	ウリカーゼ・POD法	酵素法
CRE			酵素法	酵素法	〃		CRTN-CRT-SOX-POD法	Jaffe法	酵素法,他1	〃 ,他2
NH_3								GLDH法		
T-Bil			酵素法	安定化ジアゾニウム塩法	安定化ジアゾニウム塩		アゾビリルビン法	安定化ジアゾニウム塩法		安定化ジアゾニウム塩法,他1
TG			遊離グリセロール消去法	遊離グリセロール消去酵素法	酵素法		遊離グリセロール消去法	遊離グリセロール消去法	遊離グリセロール消去法	酵素法,他2
PL			酵素法		〃		PLD-COD-POD法	酵素法	酵素法	〃 ,他1
NEFA			〃				ACS-ACOD-POD法	〃	〃	
T-CHO		酵素法	〃	酵素法	酵素法		CE-CO-POD法	〃	〃	酵素法,他1
HDL-CHO			リンタングステン酸Mg法	K-アガール分離酵素法	デキスト硫酸,Mg		ポリエチレングリコール沈澱法	デキストラン硫酸法		K-Ager法
胆汁酸及び分画				酵素法			酵素サイクリング法(総胆汁酸測定)	酵素法		酵素法
Glu			HK-G6PDH法	GOD・POD法			HK法	GOD-POD法	Gluc-DH法	〃

シアル酸				酵素法	酵素法		NRH－NAL－POP-POD法	酵素法		〃
フルクトサミン				NBT還元法(ピー・エム・エル)						
乳酸								酵素法		
ピルビン酸								〃		
Cl									酵素法	
Ca			OCPC法	O-CPC法	酵素法		O-CPC法	O-CPC法	OCPC法	
Mg					〃		キシリジルブルー法	キシリジルブルー法	キシリジルブルー法	
IP					〃		シュークロースホスホリラーゼ法	酵素法,他1	リンモリブデン酸-UV法	酵素法
Fe			ニトロソ-PS-AP法				TPTZ法	ニトロソ-PS-AP法,他1	フェロジン法	クロマゾールB法
TIBC							鉄結合トランスフェリン測定法	Ramsay変法		〃
UIBC			ニトロソ-PS-AP法					ニトロソ-PS-AP直接法	フェロジン法	〃
Cu								バソクプロインスルホン酸法		
NAG								CNP-NAG基質法		酵素法
17-KS									神戸川変法	
17-OHCS									フェニルヒドラジン比色法	
hCG			LA法							
尿中微量アルブミン	免疫比濁法		〃				免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁法
1.5AG							酵素法・PROD-HRP法			
ミオグロビン										ラテックス凝集法

1. 生化学（2）

項目＼会社名	協和メデックス	国際試薬	三光純薬	三和化学研究所	常光	セロテック	ダイアヤトロン	第一化学薬品	ダコ・ジャパン	チバ・コーニング
AST(ALT)		MDH-UV法 LDH－UV法(JSCC準拠試薬),他2	JSCC準拠試薬法,他1			MDH-UV法/LDH-UV法	UV・レート法,他2	IFCC勧告法準拠試薬		UV法
ALP	GSCC勧告法	P-NPP法（〃）,他2	MEG法			フェニルリン酸基質法	P-ニトロフェニルリン酸基質法,他1	GSCC勧告法準拠試薬,他		P-ニトロフェニルリン酸基質法
ACP		α-ナフチルリン酸法					Kind-King法			
ADA						酵素法(GLDH-UV法)				
ALD						〃 (NADH-UV法)		酵素法		
AMY	マルトペンタオース法	B－G5－PNP法,他2	IPG7F法			Bloked－G_7－pNP基質法	B－G_5－CNP法,他3	6－N_3G5CNP基質法,他		Blocked PNP G7基質法
GUN						酵素法(XOD-ウリカーゼ-POD系)				

γ-GTP	γ-Glu-DBHA法	γ-Glu-DBHA・BOD法,他1	SSCC準拠試薬法			L-γ-グルタミル-3-カルボキシ-4NA基質法	γ-グルタミル-P-ニトロアニリド基質法,他1	γ-グルタミル-CNA基質法		γL-グルタミルP-ニトロアニリド基質法
CK		UV法(JSCC準拠試薬),他1	GSCC準拠試薬法			クレアチンリン酸-UV法	UV・レート法,他1	GSCC勧告法準拠試薬		UV法
CHE	P-ヒドロキシベンゾイルコリン法	DMBT法,他3	DHBC-UV法			ヨウ化チオブチルコリン基質法	BTC-DTNB法,他3	3,4-ジヒドロキシベンゾイルコリン基質法,柴田・高橋法		プロピオニルチオコリン基質法
LDH		L→PUV法(JSCC準拠試薬),他2	GSCC準拠試薬法			P→L NADH-UV法	UV・レート法,他1	ロブレスキー・ラ・デュー法,他		UV法(L→P)
PK	ピルビン酸オキシダーゼ法									
MAO	アリルアミン基質法									
LCAT								真鍋・板倉法		
LAP	L-ロイシル-p-NN-ジスルホプロピルアミノアニリド法	L-Leu-DBHA-BOD法,他1	GSCC準拠試薬法			L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法	L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法,他1	GSCC勧告法準拠試薬,L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法		
ALPアイソザイム					PAG・ディス電気泳動法					電気泳動法
AMYアイソザイム		阻害抗体法,他1				インヒビター法				〃
CKアイソザイム		阻害抗体法								〃
LDHアイソザイム		プロテアーゼ阻害法			アガロース電気泳動法					〃
TP		ビウレット法	ビウレット法			ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法
Alb		BCG法	BCG法			BCG法	BCG法	BCG法		BCG法
血清蛋白分画					電気泳動法					電気泳動法
UN	ウレアーゼGLDH法	Urease-GL-DH法,他1	ウレアーゼ,GLDH法,他1			ウレアーゼ-GLDH・UV法(アンモニア消去)	ウレアーゼ・UV法,他1	ウレアーゼ・インドフェノール法		ウレアーゼ・GLDH法
UA	ウリカーゼPOD法	ウリカーゼ法	ウリカーゼ,POD法			酵素法(ウリカーゼ-POD系)	酵素法	酵素法		酵素法
CRE	ザルコシンオキシダーゼ法	酵素法,他1	酵素法,他1			〃(SOX-POD系)	〃,他1	酵素法,ヤッフェ法		ヤッフェ法
NH_3	GLDH・UV法									
T-Bil		酵素法,他1	安定化ジアゾニウム塩法				ジアゾ法	アルカリアゾビリルビン法,他1		アゾ法
TG	LPL・GK・GPO・POD法	GK-GPO法	FG消去酵素法,他1			酵素法(GPO-POD系フリーグリセロール消去)	GPO酵素法	遊離グリセロール消去法,他2		酵素法(GPO法)
PL	PLD・CLOD・POD法	PLD-POD法	PL-D・COD法			〃(PLD-POD系)	酵素法	酵素法		
NEFA	ACS・ACO・POD法	ACS-ACOP-SCEP法				〃(ACS-ACO系)	酵素・UV法,他1	〃		
T-CHO	CHER・CHOD・POD法	COD-POD法	CE・CO法			〃(CE-COD-POD系)	酵素法	〃		酵素法
HDL-CHO	デキストラン硫酸・リンタングステン酸法	PG(ポリエチレングリコール法),他1	デキストラン硫酸Mg法			リンタングステン酸-Mg法	〃,他1	デキストラン硫酸・Mg^{2+}分画,酵素法		
胆汁酸及び分画		3α-HSD・テトラ法				酵素法(3α-HSD-ジアホラーゼ比色法)	NPS法	酵素比色法		
Glu	HK・G6PDH・UV法	GLU-GLK法	HK-G6PDH法,他1	酵素電極法(簡易小型血糖測定システム)		〃(HK-UV法)	〃	ヘキソキナーゼ法,他1		UV法(ヘキソキナーゼ法)
シアル酸	ピルビン酸オキシダーゼ法	UV法				〃(LDH-UV法)	〃			
乳酸	乳酸オキシダーゼ法						5-Br-PADAP法			
ピルビン酸	ピルビン酸オキシダーゼ法									

HbA_1					全自動HPLC法					電気泳動法
HbA_{1C}					〃					HPLC法
Na		電極法						ISE法		
K		〃						〃		
Cl		〃					免疫比濁法,他1	〃		
HCO_3							ラッテクス免疫比濁法			
Ca		OCPC法	OCPC法			O-CPC法	UV・レート法	OCPC法		OCPC法
Ca^{++}							免疫阻害法			
Mg	グルコキナーゼ・G6PDH・UV法	酵素法					酵素法	キシリジルブルー法		キシリジルブルー法
IP	PNP・XOD・POD法	〃	SP-UV法			酵素法(XOD-POD系)	デキストラン硫酸・Mg・リンタングステン酸法	酵素法,フィスケ・サバロー法		モリブデン酸アンモニウム法
Fe	ニトロソ・PS-AP法	フェレン法				直接比色法(ニトロソ-PSAP法)	酵素比色法	フェロジン発色法		
TIBC						炭酸マグネシウム吸着法	UV・エンドポイント法,他1			
UIBC	ニトロソ・PS-AP法	フェレン法					酵素法	フェロジン発色法		
NAG			CNP-NAG基質法							
hCG									免疫比濁用,EIA用原料	
尿中微量アルブミン			免疫比濁法	ラッテクス凝集法(目視)					〃	
Lp(a)				ラッテクス凝集免疫比濁法(LIA法)						
ケトン体				酵素法(血清・分画)						

1. 生化学（3）

会社名 / 項目	デンカ生研	日水製薬	ニットーボーメディカル	ニプロ	日本商事	日本DPC	日本ロシュ	ヘキストジャパン	ベーリンガー・マンハイム	ミズホメディー
AST(ALT)	JSCC勧告法準拠試薬	UV法（JSCC勧告法準拠）	UV法	UVレート法(JSCC準拠)	JSCC勧告法準拠試薬,他2		UV・レート法(IFCC準拠法)		IFCC準拠,他1	UV・レート法
ALP	GSCC法	Bessey-Lowry法	p-ニトロフェニルリン酸法	KIND-KING法	〃,他3		P-ニトロフェニルリン酸基質法(IFCC準拠法)		〃	
ACP			合成基質法						カラー/Rate法	
ADA	UV-Rate法			酵素法						
ALD					UV-酵素法				UV/Rate法	
AMY	BG7PNP法	酵素法(ブロックG_7pNP基質法)	B-G_5-CNP法他1,Gal-G_5-PNP法	G_5-β-CNP基質酵素可視レート法	GAL-G5-4NP法,他2				B-G_7-PNP法,他1	BG_7-PNP法
γ-GTP	Glu-3-CA-4-NA基質法	SZASZの条件	L-γ-グルタミル-3-カルボキシ-4-ニトロアニリド法	酵素法	γ-GpNA法・SSCC		γ-グルタミル-P-ニトロアニリド基質法		IFCC準拠,他1	γ-グルタミル-3-カルボキシ-4-ニトロアニリド基質法
CK	GSCC法	UV法	ヘキソキナーゼ,G6PDH法	〃	JSCC勧告法準拠試薬,他1		UV・レート法(NAC活性化法)		GSCC準拠	JSCC勧告法

CHE	DTNB 法		合成基質(DH-BCl)法	〃	ヨウ化ブチリルチオコリン法,他1				カラー/Rate法	
LDH	UV-Rate 法	ピルビン酸基質 UV 法	UV 法	L→P 法	JSCC 勧告法準拠試薬,他4		UV・レート法(SF-BC 準拠法)		SFBC 準拠,他1	
PK									UV/Rate 法	
LCAT					酵素法,他1					
LAP	Nagel 法	GSCC 法		酵素法	L-pNA 法・GSCC				GSCC 準拠	L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法
ALP アイソザイム					インドキシル・NTB 法				小麦由来レクチン沈澱法	
AMY アイソザイム					免疫阻害法 ODH・MTT 法				免疫阻害法	
CK アイソザイム		CK-MB EIA 法(ワンステップサンドイッチ法)	〃		ジアホラーゼ,NTB 法		〃		〃	
LDH アイソザイム					〃		〃			
TP		ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法		ビウレット法	
Alb		BCG 法		BCP 法	BCG 法				カラー/END-POINT 法	
UN		ウレアーゼ・PK・POPG・POD 法	ウレアーゼ	URL-LDH 法	UV 法(ウレアーゼ,GLDH)他1		酵素・UV 法		UV/Rate 法,他1	
UA		酵素法	ウリカーゼ-POD 法	ウリカーゼ-POD 法(液状)	酵素法・TOOS,他2		酵素法		カラー/END-POINT 法	酵素法(ウリカーゼ・POD 法)
CRE		〃	CRN,CR,SO-D,POD 法	酵素法	〃 他1		ヤッフェ法		酵素法,他1	〃
NH_3									酵素法	
T-Bil		酵素法		安定化ジアゾニウム塩	酵素法,他2		ジアゾ法		DPD 法	
TG		〃 (グリセロール消去法)	フリーグリセロール消去法	酵素比色法(グリセロール消去法)	GPO・酵素法,他1		酵素法		酵素法	酵素法(フリーグリセロール消去)
PL		〃		酵素比色法(液状)	酵素法・DAOS,他1				〃	
NEFA			ACS,ACOD,P-OD 法		ACS-ACO 酵素法					
T-CHO	酵素法	酵素法	COE,COD,P-OD 法	酵素比色法	酵素法・DAOS,他1		酵素法		酵素法	酵素法
HDL-CHO	〃	リンタングステン酸改良酵素法	デキストラン硫酸,Mg,PEG 法,他1,リンタングステン酸,Mg 法		ヘパリン-Ca 法,他1		リンータングステン酸-マグネシウム法		沈澱法	デキストラン硫酸・リンタングステン酸・Mg 法
Glu	HK-G6PDH 法	酵素法	ヘキソキナーゼ,G6PDH 法	酵素比色法	UV 法・Glc-DH		酵素 UV 法		HK 法,他1	ヘキソキナーゼ・End 法
シアル酸	酵素法	〃		酵素 UV 法	UV-酵素法					
フルクトサミン							NBT 比色法		カラー/2ポイント法	
乳酸									UV/ENDPOI-NT 法	
ピルビン酸									〃	
HbA_1					電気泳動法					
HbA_{1c}									免疫阻害比濁法	
Na									酵素法	
K									〃	

Cl									〃	
Ca	OCPC法	OCPC法			OCPC法		MTB法		OCPC法	
Mg	酵素法				マグノレッド法					
IP	〃	酵素法	酵素法	酵素法(液状)	酵素法・EMS-E,他1		リンモリブデン酸直接法			
Fe	Nitroso-PSAP法		ニトロソ-PSAP法		標準法		フェロジン法			
TIBC					〃		炭酸マグネシウム吸着法			
UIBC			ニトロソ-PSAP法							
Cu					バソクプロイン法					DiBr-PAESA法
NAG				FNP-レート法						
トランスフェリン						ラテックス凝集法				
hCG		EIA法(1ステップサンドイッチ法)								
尿中微量アルブミン	免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁法		免疫比濁法			免疫比濁法	
ジゴキシン								FELA		
テオフィリン								FIA		
フェニトイン								〃		
フェノバルビタール								〃		
カルバマゼピン								〃		

1. 生化学（4）

会社名 / 項目	山之内製薬	和光純薬工業								
AST(ALT)		JSCC準拠法								
ALP		PNP基質法								
ACP		2-クロル-PNP基質法								
ALD		UV-Rate法								
AMY		BG5P基質法								
γ-GTP		合成基質法								
CK		GSCC準拠法								
CHE		ヨウ化ブチリルチオコリン基質法								
LDH		Wrȍblewski-LaDue法								

MAO		色素基質法								
LAP		L-LPNP基質法								
ALPアイソザイム		アガロースゲル電気泳動法								
AMYアイソザイム		BG5P基質-阻害剤法								
LDHアイソザイム		アガロースゲル電気泳動法								
TP		ビウレット法								
Alb		BCG法								
UN		ウレアーゼ・GlDH法								
UA		ウリカーゼ・TOOS法								
CRE		酵素法								
NH_3		藤井・奥田法変法								
T-Bil		バナジン酸酸化法								
TG		酵素法								
PL		〃								
NEFA		〃								
T-CHO		〃								
HDL-CHO		リン・タングステン酸Mg塩沈澱法								
胆汁酸及び分画		酵素比色法								
Glu		酵素法								
シアル酸		〃								
HbA_{1c}		アフィニティークロマトグラフ法								
Cl		Schales-Schales法								
Ca		OCPC法								
Mg		キシリジルブルー法								
IP		酵素法								
Fe		Nitroso - PS-AP直接法								
UIBC		バソフェナントロリン法								
Cu		バソクプロイン法								
Zn		S - Br - PAPS法								
17-OHCS		Porter - Silber変法								

hCG		EIA 法								
尿中微量アルブミン	(アルブミライサー) EIA 法	免疫比濁法								

2. 免疫血清（1）

会社名 / 項目	医学生物学研究所	エイアンドティー	栄研化学	エム・シー・メディカル	小野薬品工業	オルガノンテクニカ	カイノス	片山化学工業	関東化学	極東製薬工業
梅毒反応		HDPA 法								ラテックス凝集法
CRP	免疫比濁法, 他2	LIA 法	LIA,TIA 法	免疫比濁法			免疫比濁法	免疫比濁法	免疫比濁法	〃, 他2
ASO		〃	〃	〃			ラテックス凝集比濁法			〃, 他1
RF	ラッテクス凝集法	〃	〃	〃			〃			〃, 他2
IgG	免疫比濁法, 他2	〃	〃	〃			免疫比濁法	免疫比濁法	免疫比濁法	免疫比濁法
IgA	〃, 〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃
IgM	〃, 〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃
C_3・C_4	〃, 他1	〃	〃	〃			〃	〃		〃
IgE	EIA 法		LIA,EIA,RIA 法				EIA 法			
β-Lipo			TIA 法				免疫比濁法	ヘパリン-カルシウム法		K-Ager 法
Apo A			〃							
Apo B			〃							
Apo C			〃							
Apo E			〃							
AFP	EIA 法	LIA 法	LIA,EIA,CLEIA,RIA 法				EIA 法			R-PHA 法, 他1
CEA	〃		EIA,CLEIA,RIA 法				〃			
NSE			RIA 法							
フェリチン		LIA 法	LIA,EIA,RIA 法	CLEIA 法			EIA 法			
β_2M	EIA 法	〃	〃				〃			
PAP			EIA,RIA 法							酵素法
CA19-9			〃				EIA 法			
HBs(Ag・Ab)			CLEIA 法			ELISA 法	〃			R-PHA 法
HBe(Ag・Ab)						〃				〃
HBc(Ab)			CLEIA 法			〃				PHA 法, 他1
HC(Ab)			RIA,ELISA 法			〃				EIA 法
HIV(Ab)						〃				
ATL	蛍光抗体法									

インスリン	EIA 法		RIA 法				EIA 法			
GH			EIA,RIA 法							
T_3・T_4			RIA 法	CLEIA 法			EIA 法			
コルチゾール			〃							
TSH			〃	CLEIA 法			EIA 法			
LH			〃	〃			〃			
プロラクチン				〃			〃			
FSH				〃			〃			
カルシトニン			RIA 法							
HCG			LIA 法	CLEIA 法			EIA 法			
HPL			〃							
PSA				CLEIA 法						
T_3U				〃						
エリスロポエチン										EIA 法
糞便ヘモグロビン(便潜血)			LIA 法		免疫法, 化学法		免疫法			
Lp(a)	免疫比濁法	LIA 法								
BCA225	EIA 法									
FT_3,FT_4							EIA 法			
CA50										
ミオグロビン							EIA 法			
ミオシン L 鎖							〃			

2. 免疫血清（2）

会社名 / 項目	協和メデックス	国際試薬	三光純薬	三共	三和化学研究所	住友製薬	積水化学工業	セロテック	ダイアヤトロン	第一化学薬品
梅毒反応	ラテックス法	HDPA 法	RPR,TPHA (PA)法			RPR 法	ラテックス免疫比濁法		カーボン凝集法	
CRP	〃, 他1	免疫比濁法	免疫比濁法, ラテックス凝集法		ラテックス凝集法(目視)			免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法・他2	免疫比濁法
サイロイドテスト										
ASO	ラテックス法	ラテックス凝集法						ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法, 他1	
ASK										

RF	ラテックス法	免疫比濁法			ラテックス凝集法(目視)			ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法,他2	
IgG	ラテックス法,他1	〃							免疫比濁法	免疫比濁法
IgA	〃	〃							〃	〃
IgM	〃	〃							〃	〃
C_3・C_4	〃	〃							〃	〃
IgE	〃	EIA 法		化学発光酵素免疫測定法					ラテックス免疫比濁法	〃
β-Lipo	TIA 法	免疫比濁法							免疫比濁法,他1	ヘパリン比濁法
Apo A		〃								免疫比濁法
Apo B		〃								〃
Apo C										〃
Apo E										〃
IAP			免疫比濁法,SRID 法							
AFP	化学発光法	EIA 法		化学発光酵素免疫測定法	ラテックス凝集法(目視)				ラテックス免疫比濁法	
CEA	〃	〃		〃					〃	
NSE										
フェリチン	ラテックス法,他1	EIA 法		化学発光酵素免疫測定法					ラテックス免疫比濁法,他1	
β_2M	ラテックス法	〃		〃					ラテックス免疫比濁法	
PIVKA-II			EIA 法							
CA19-9									ラテックス免疫比濁法	
HBs(Ag・Ab)	ラテックス法	EIA 法	PA 法						〃	
HBe(Ag・Ab)		〃								
HBc(Ab)		EIA 法	PHA 法							
HC(Ab)		〃								
ATL	EIA 法		PA 法, EIA 法, WB 法							
インスリン		EIA 法		化学発光酵素免疫測定法					ラテックス免疫比濁法	
GH						EIA 法				
T_3・T_4	化学発光法	EIA 法		化学発光酵素免疫測定法						
TSH	〃	〃		〃						
LH	〃	〃		〃						
プロラクチン	〃			〃						

FSH	〃	EIA 法		〃						
HCG	〃	〃							ラテックス免疫比濁法	
HPL									〃	
E_2	化学発光法									
糞便ヘモグロビン(便潜血)	ラテックス法		F-EIA 法						ラテックス凝集法	ラテックス凝集反応
特異 IgE			EIA 法							
GRF			〃							
TBG				化学発光酵素免疫測定法						
ミオシン				〃						
エストロジェン									ラテックス免疫比濁法	
Ag					ラテックス凝集法(目視)					

2. 免疫血清（3）

会社名 / 項目	ダイキン工業	ダイナボット	チバ・コーニング	大日本製薬	ダコ・ジャパン	デンカ生研	東亞医用電子	東ソー	日水製薬	ニットーボーメディカル
梅毒反応										
CRP	FIA 法	免疫比濁法			免疫比濁用, EIA 用原料	ラテックス凝集法			免疫比濁法	免疫比濁法
ASO						〃			〃	〃
RF						〃			〃	〃
IgG		濁度法			免疫比濁用, EIA 用原料	免疫比濁法			〃	〃
IgA		〃			〃	〃			〃	〃
IgM		〃			〃	〃			〃	〃
C_3・C_4					〃	〃			〃	〃
IgE		MEIA,他	CLIA 法		〃	ラテックス凝集法	PAMIA 法	EIA 法	EIA 法 (1ステップサンドイッチ法)	
β-Lipo						Heparin - Ca 法			免疫比濁法	
Apo A					免疫比濁用, EIA 用原料					免疫比濁法
Apo B					〃					〃
Apo E										〃
AFP		MEIA 法, 他	CLIA 法		免疫比濁用, EIA 用原料	ラテックス凝集法	PAMIA 法	EIA 法	EIA 法 (1ステップサンドイッチ法)	
CEA		〃	〃		〃		〃	〃	〃	

NSE					〃					
フェリチン		MEIA 法,他	CLIA 法		〃	ラテックス凝集法	PAMIA 法		EIA 法 (1ステップサンドイッチ法)	
エラスターゼ-1		RIA 法								
β_2M		MEIA 法,他			免疫比濁用, EIA 原料	ラテックス凝集法	PAMIA 法		EIA 法 (1ステップサンドイッチ法)	
PAP		〃 ,他						EIA 法	〃	
CA19-9		〃					PAMIA 法	〃	〃	
CA125		〃								
HA(AD)		〃								
HBs(Ag・Ab)		〃			免疫比濁用, EIA 原料					
HBe(Ag・Ab)		〃								
HBc(Ab)		〃 ,他			免疫比濁用, EIA 用原料		PAMIA 法			
HC(Ab)		〃								
HIV(Ab)		EIA 法								
アルドステロン		RIA 法								
レニン・アンジオテンシン		〃								
インスリン		MEIA 法,他					PAMIA 法		EIA 法 (ワンステップサンドイッチ法)	
GH		RIA 法							〃	
T_3・T_4		MEIA 法,他	CLIA 法		免疫比濁用, EIA 用原料			EIA 法	EIA 法 (競合法)	
コルチゾール		FPIA 法	〃							
TSH		MEIA 法,他	〃		免疫比濁用, EIA 用原料			EIA 法	EIA 法 (ワンステップサンドイッチ法)	
LH		〃	〃		〃			〃	〃	
プロラクチン		〃	〃					〃	〃	
FSH		〃	〃		免疫比濁用, EIA 用原料			〃	〃	
HCG		〃 ,他	〃					〃	EIA 法 (ワンステップサンドイッチ法)	
E_2		MEIA 法	〃						EIA 法 (競合法)	
E_3		FPIA 法								
糞便ヘモグロビン(便潜血)					原料抗体					
PSA			CLIA 法							
I-PTH			〃							
PA				EIA 法						

2. 免疫血清（4）

会社名 / 項目	ニプロ	日本コダック	日本商事	日本DPC	日本ビオメリュー・バイテック	日本ロシュ	富士レビオ	ファルマシア	ヘキストジャパン	ベーリンガー・マンハイム
梅毒反応										
CRP	免疫比濁法		免疫比濁法						NIA, TIA 法	免疫比濁法
ASO									〃	
RF									〃	
IgG						免疫比濁法			〃，〃	
IgA						〃			〃，〃	
IgM						〃			〃，〃	
C_3・C_4									〃，〃	免疫比濁法
IgE					EIA 法	EIA 法	富士レビオ CLEIA 法	EIA 法	EIA 法，NIA 法	EIA 法
β-Lipo			免疫比濁法，他1							
Apo A									NIA,TIA 法	
Apo B									〃	
AFP					EIA 法	EIA 法，ラテックス免疫比濁法	富士レビオ CLEIA 法		EIA 法，RIA 法，NIA 法	EIA 法
CEA		CLEIA 法				EIA 法	〃		EIA 法，RIA 法	〃
フェリチン					EIA 法	〃			〃	〃
β_2M				免疫凝集法					EIA 法	
CA19-9						EIA 法，ラテックス免疫比濁法	富士レビオ CLEIA 法			EIA 法
CA125						EIA 法	〃			〃
CA15-3										〃
HA(AD)										〃
HBs(Ag・Ab)		CLEIA 法				EIA 法			EIA 法	〃
HBe(Ag・Ab)						〃			〃	〃
HBc(Ab)		CLEIA 法				〃			〃	〃
HIV(Ab)					EIA 法				〃	
ATL										
アルドステロン				RIA 法						
インスリン				〃						EIA 法

T_3・T_4		CLEIA 法		〃	EIA 法					EIA 法
コルチゾール		〃		〃	〃					〃
TSH		〃			〃	EIA 法	富士レビオ CLEIA 法			〃
LH		〃			〃	〃				〃
プロラクチン		〃		RIA 法		〃				〃
FSH		〃			EIA 法	〃				〃
HCG		〃		RIA 法	〃	ラテックス凝集法				〃
E_2		〃		〃	〃					〃
糞便ヘモグロビン(便潜血)			金コロイド着色法, 他1							
FT_3,FT_4		CLEIA 法								
T3U		〃								
TBG		〃								
プロゲステロン		〃		RIA 法						
IgM-HBc		〃								
〃 -HA		〃								
アンドロステンジオン				RIA 法						
DHEA-S				〃						
テストステロン				〃						

2. 免疫血清（5）

会社名 / 項目	ミズホメディー	山之内製薬	和光純薬工業							
ASO			免疫比濁法							
RF			〃							
IgG			〃							
IgA			〃							
IgM			〃							
C_3・C_4			〃							
IgE			EIA 法							
β-Lipo			免疫比濁法							

Apo A			〃							
Apo B			〃							
AFP			EIA 法							
CEA			〃							
NSE			〃							
フェリチン			〃							
β_2M			〃							
CA19-9			〃							
HBs(Ag)	イムノクロマト法	R - PHA 法・PHA 法								
インスリン			EIA 法							
T_3・T_4		セディア法	〃							
コルチゾール		〃	Porter - Silber 変法							
TSH			EIA 法							
LH			IRMA 法							
プロラクチン			〃							
FSH			〃							
HCG			EIA 法							
糞便ヘモグロビン(便潜血)			金コロイド凝集反応							
α-hAND			EIA 法							
TBG			〃							
PA			〃							

3. 血液凝固・線溶（1）

会社名 / 項目名	医学生物学研究所	栄研化学	オルガノンテクニカ	カイノス	極東製薬工業	協和メデックス	国際試薬	三光純薬	ダイキン工業	ダイアヤトロン
PT			凝固時間測定法				凝固時間法	凝固時間測定法		
PTT			〃				〃	〃		
トロンボテスト							〃	〃		
ヘパプラスチンテスト			凝固時間測定法				〃	〃		
プロテインC							EIA 法			ラテックス免疫比濁法, 他1
プロテインS							〃			
ATIII		LIA 法	合成基質法			ラテックス法	PPAMA 法, 凝固時間法		FIA 法	ラテックス免疫比濁法, 他1
α_2PI			〃				LPLMA 法			〃
PLG		LIA 法	〃			ラテックス法	〃			合成基質法
FDP-T			ELISA 法	免疫比濁法	ラテックス凝集法		ラテックス凝集法		FIA 法	ラテックス免疫比濁法
FDP-E	ラテックス凝集法	LIA 法								〃
D-D ダイマー	〃		ラテックス凝集法, 他1						FIA 法	〃, 他1
Fbg		LIA 法	凝固法時間測定法			ラテックス法	トロンビン時間法	トロンビン時間法での Fbg 定量		塩析法
TAT							EIA 法			
PIC							〃			ラテックス凝集法
F_5DP			EIA 法							
FV			凝固時間法							
FVII			〃							
FVIII			〃							
FIX			〃							
FX			〃							
FXI			〃							
FXII			〃							
FXIII										ラテックス免疫比濁法, 他1

3. 血液凝固・線溶（2）

会社名 / 項目名	第一化学薬品	ダコ・ジャパン	東亜医用電子	日科機	ニットーボーメディカル	日本商事	日本ビオメリュー・バイテック	ヘキストジャパン	ベーリンガー・マンハイム	和光純薬工業
PT			PT法（Quick一段法）			凝固法	凝固時間法	凝固時間法	凝固時間測定法	トロンボプラスチン法
PTT			APTT法活性化（エラジン酸）			〃	〃	〃	〃	エラジン酸法
トロンボテスト									〃	
ヘパプラスチンテスト									〃	
プロテインC	発色性合成基質法	免疫比濁用，EIA用原料					合成基質法	凝固時間法	〃，合成基質法，EIA法	
プロテインS		〃							〃，EIA法	
ATIII	発色性合成基質法	〃		合成基質法（クロモストレート法）	合成基質法・TIA法		合成基質法	凝固時間法，発色性合成基質法	合成基質法	免疫比ろう法
α_2PI	〃	〃			〃			発色性合成基質法	〃	
PLG	〃	〃		合成基質法（クロモストレート法）	〃			〃	〃	
FDP-T									ラテックス法	免疫比ろう法
D-Dダイマー									ラテックス法，EIA法	
Fbg			トロンビン時間法		TIA法	凝固法	凝固時間法	凝固時間法	凝固時間測定法	トロンビン時間法
TAT								ELISA法		
PTフィブリノーゲン				凝固法（クロット法）						
APTT				〃						
ヘパリン				〃						
プロコンプレックス				〃						
ヘパトコンプレックス				〃						
アンチプラスミンα_2AD				合成基質法（クロモストレート法）						
F II							凝固時間法			
F V							〃			
F VII							〃			
F VIII	発色性合成基質法						〃			
F IX							〃			
F X	発色性合成基質法						〃			
F XI							〃			
F XII							〃			

4. 血中薬物（1）

会社名 / 項目名	協和メデックス	第一化学薬品	ダイナボット	大日本製薬	チバ・コーニング	日本コダックダイアグノスティックス	ベーリンガー・マンハイム	山之内製薬	和光純薬工業	
ジゴキシン	化学発光法	EMIT 法	FPIA 法		CLIA 法	CLEIA	EIA 法	(セディア-ジゴキシンII) セディア法		
ジギトキシン			〃							
フェニトイン		EMIT 法	〃					(セディア-フェニトイン) セディア法		
フェノバルビタール		〃	〃					〃		
プリミドン		〃	〃							
カルバマゼピン		〃	〃					(セディア-カルバマゼピン) セディア法		
エトサクシミド		〃	〃							
テオフィリン		〃	〃					(セディア-テオフィリン) セディア法		
VB_{12}	化学発光法				CLIA 法					
葉酸	〃				〃					
エンドトキシン									比濁時間分析法	
バルプロ酸		EMIT 法		EIA 法						
リドカイン		〃								
プロカインアミド		〃								
N-アセチルプロカインアミド		〃								
ジソピラミド		〃								
ゲンタマイシン		〃								
トブラマイシン		〃								
アミカシン		〃								
メトトレキサート		〃								

自動分析装置専用試薬

自動分析装置用試薬（1）

会社名 / 機種名	医学生物学研究所		栄研化学		エム・シー・メディカル		小野薬品工業		カイノス		片山化学工業		関東化学		極東製薬工業		協和メデックス		国際試薬	
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
日立-7050 シリーズ		7	29	1			20		30	9	27		27	4	28	10	23	4	42	19
〃 -7150		7	32	3			20		30	9	27		27	4	28	10	23	4	42	19
〃 -7250		7	32	3			20		28	3	27		26	1	28	8	23	4	41	10
〃 -7350		7	32	3			20		28	3	27		26	1	28	8	23	4	41	10
〃 -7070		7	32	3			20		30	9	27		27	4	28	10	23	4	42	19
TBA-S シリーズ		1	31	2			20		22	1			26	1	28	8	23	4	41	10
〃 -60R		6	32	3			20		24	1	27		27	4	28	8	23	4	40	10
〃 -20R／30R		6	30	3			20		25	3	27		27	4	28	8	23	4	42	19
〃 -M シリーズ		6	32	3			20		21	1	27		26	1	28	8	23	4	39	10
CL-20			32	3					20		27		27	4	28	8	23	4	39	10
〃 -7000		6	32	3			20		24	1	27		27	4	28	8	23	4	41	10
〃 -7100		6	32	3			20		24	1	27		27	4	28	8	23	4	41	10
〃 -7300		6	32	3			20		25	3	27		27	4	28	8	23	4	41	19
クリナライザ-RX シリーズ		1	32	1			18		24	1	27		26	1	28	5	23	4	39	10
〃 -RS シリーズ		6	32	1			18		25	1	27		27	4	28	5	23	4	40	19
AU-5000 シリーズ		1	28	1			20		21	3	28		26	1	28	8	23	4	39	10
〃 -550／500			28	1							43	6	5		28		23	4	19	
〃 -510		7	28	1					23	3	44	6	27	4	28	8	23	4	40	10
テクニコン-SSR			28	1					15				27	4	28	8				
〃 -CHEM1			28	1																
COBAS-MILA-S		7	28	1			15		26	3			27	4	28	9	23	4	39	19
〃 -FARA		6	28	1			15		20				27	4	28	8	23	4	39	10
〃 -BIO		6	28	1			15		20				27	4	28	8	23	4	39	10
チバ・コーニング-550			28	1					9	3					28	8				
スーパーZ		6	28	1	21	8			24	3			27	4	28	8				
日立-736									27	3			26	1	28	9			39	10
日立-705									28	9					28	9			42	19

TBA-80FR													27	4	28	9				
〃 -20FR／30FR													27	4	28	8			42	19
クリナライザーHRシリーズ													27	4	28	5			39	10
AU-800													27	4	28	8			42	19

自動分析装置用試薬（2）

会社名	三光純薬		セロテック		ダイアヤトロン		第一化学薬品		チバ・コーニング		デンカ生研		日水製薬		日本商事		日本ロシュ		ニプロ	
機種名	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
日立-7050シリーズ	21	3	31	4	29	13	29	18			31	16	23	9	34	6			25	1
〃 -7150	21	3	31	4	29	13	29	18			31	16	22	9	34	6			25	1
〃 -7250	21	3	31	4	30	10	32	1			30	8	23	9	34	6			25	1
〃 -7350	21	3	31	4	30	10					30	8	23	9	34	6			25	1
〃 -7070	21	3	31	4	29	13					32	16	23	9	34	6			25	1
TBA-Sシリーズ	21	3	31	4	30	4	29				33	15			34	6			25	1
〃 -60R	21	3	31	4	28	11	19				33	16			34	6			25	1
〃 -20R／30R	21	3	31	4	28/29	12/15	18	18			33	16	20	9	34	6			25	1
〃 -Mシリーズ	21	3	31	4	31	3	18				33	15	21	6	34	6			25	1
CL-20	21	3	29	1	24										34	6			25	1
〃 -7000	21	3	33	4	29	6	31				30	15	19	9	34	6			25	1
〃 -7100	21	3	33	4	29	6					30	15	19	9	34	6			25	1
〃 -7300	21	3	31	4	27	12					30	15	19	9	34	6			25	1
クリナライザ-RXシリーズ	21	3	30	1	28	6	19				30	15	21	3	34	6			25	1
〃 -RSシリーズ	21	3	31	1	29	6	21				30	15	23	4	34	6			25	1
AU-5000シリーズ	21	3	33	4	28	3	28	1					22	4	34	6				
〃 -550／500	44	8	33		26	13														
〃 -510	44	8	31	4	28	10	2	7							34	6			25	1
テクニコン-SSR			26	1									22	4	34	6			25	1
〃 -CHEM1																			25	1
COBAS-MILA-S			32	4	26	7	24	13					21	9	34	6	23	5	25	1
〃 -FARA			32	4	27	3	24	13							34	6			25	1

〃 -BIO			32	4	19		24	13							34	6			25	1
チバ・コーニング-550			32	4			1		45	20					34	6			25	1
スーパーZ			31	4	25	8	26	13					22	9	34	6			25	1
LPIA-100						36														
〃 -200						36														
日立-7170					29	13									34	6				
〃 -736															34	6				
TBA-FR シリーズ					29	13									34	6				
クリナライザーHR シリーズ					28	1									34	6				
AU-800															34	6				

自動分析装置用試薬（3）

会社名 / 機種名	ベーリンガー・マンハイム		ミズホメディー		山之内製薬		和光純薬工業													
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
日立-7050 シリーズ	19	7	24	2		8	28	5												
〃 -7150	23	7	24	2		8	29	11												
〃 -7250	22	7	24	2			22	1												
〃 -7350	22	7	24	2			22	1												
〃 -7070	19		24	2		8	24	4												
TBA-S シリーズ	15		24	2			25	4												
〃 -60R	20		24	2			21													
〃 -20R／30R	21		24	2		6	20	3												
〃 -M シリーズ			24	2			29	5												
CL-20			24	2																
〃 -7000			24	2			23													
〃 -7100			24	2			23													
〃 -7300			24	2			29	5												
クリナライザ-RX シリーズ	23		23	2			31	2												
〃 -RS シリーズ	24		23	2			17													
AU-5000 シリーズ			24	2			31	2												

〃 -550／500							23	1												
〃 -510			24	2			23	1												
テクニコン-SSR						3														
〃 -CHEM1																				
COBAS-MILA-S			23	2		8														
〃 -FARA			23	2		8														
〃 -BIO						4														
チバ・コーニング-550			24	2																
スーパーZ			24	2																
TBA-80FR							29	11												
日立-7170							23	1												
クリナライザーHRシリーズ							32	2												
AU-5200							22	1												

コントロール血清

栄研化学(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
リピッドセーラムI	脂質7項目	正常	○	3ml×5	7,500	
〃 II	脂質5項目	異常	〃	〃	10,000	
TZセーラム	TTT, ZTT	〃	〃	〃	5,500	
BLセーラム	B-L	正常	〃	〃	7,500	
免疫コントロールI-A	IgG, A, M, C_3, C_4, CRP, ASO, RF	〃	〃	1ml×5	18,000	
〃 II-A	IgG, A, M, C_3, C_4	異常	〃	〃	〃	
〃 II-B	CRP, ASO, RF	〃	〃	〃	〃	

オーソ・ダイアグノスティック・システムズ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
オーソ・リキッドリファレンス血清I・II	酵素・脂質・蛋白・含窒素等26項目	正常・異常	○	(1ml×30)×2レベル	40,000	液状(キャリブレーション用)
〃 リファレンス血清II	〃	〃	〃	(1ml×50)×2〃	〃	〃
〃 ノーマルコントロール	酵素・脂質・蛋白・含窒素等50項目	正常	〃	1ml×60	20,000	液状
〃 アブノーマルコントロール	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃 ノーマルV	〃	正常	〃	5ml×20	30,000	〃
〃 アブノーマルV	〃	異常	〃	〃	〃	〃
オーソ・イムノロジーコントロール	免疫血清蛋白	正常・異常	〃	(1ml×3)×2レベル	28,000	凍結乾燥品
〃 ・リキッドイムノロジーコントロール	〃	〃	〃	(1ml×5)×2 〃	48,000	液状
〃 ・トリレベルTDMコントロール	抗てんかん剤，循環器用剤，毒物物質	〃	〃	(5ml×3)×3 〃	25,000	〃
〃 ・リガンドアッセイコントロール	RIA・EIA用30項目以上	〃	〃	(3ml×5)×3 〃	55,000	〃
〃 ・コントロール尿I	無機物質・金属・ホルモン等(妊婦尿)	項目により異なる	〃	25ml×10	37,000	〃
〃 尿II	〃 (非妊婦尿)	〃	〃	〃	〃	〃
オーソ・グリコヘモグロビンコントロール	ヘモグロビン・グリコヘモグロビン	正常・異常	〃	(1ml×5)×2	39,000	〃
〃 ・高ビリルビンコントロール	T-Bil, D-Bil等20成分	異常	〃	3ml×10	18,000	〃
〃 ・高脂質コントロール	脂質等	〃	〃	5ml×10	44,000	〃
〃 ・CK/LDアイソザイムコントロール	CK, LDアイソザイム	項目により異なる	〃	1ml×5	18,000	〃

〃 ・プラズマレニンコントロール	アンジオテンシンⅠ，アルドステロン	正常・異常	〃	(3ml×5)×2レベル	44,000	コントロール血漿
〃 ・髄液コントロール	クロライド，蛋白質泳動用	項目により異なる	〃	3ml×10	39,000	〃

オルガノンテクニカ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
バリデイトN	電解質・酵素・脂質他	正常	○	5ml×10	15,000	
〃 A	〃	異常	〃	〃	〃	
ベリハイリファレンス	血液凝固能測定用標準血漿		〃	1.0ml×10	13,000	凝固因子活性値はW.H.O.標準血漿に基づき，アッセイされています
〃 1	血液凝固能測定用管理血漿	正常		〃	10,000	安定化剤を含む新鮮正常ヒト血漿の凍結乾燥品です。測定値は正常域を示します。
〃 2	〃	中等度異常		〃	〃	第Ⅱ，Ⅶ，Ⅸ，Ⅹ因子を減少させた凍結乾燥品です。測定値は中等度異常域を示します。
〃 3	〃	高度異常		〃	〃	〃 測定値は高等度異常域を示します。
ブラッドG.A.S.コントロール	血液ガス・電解質分析用コントロール	3濃度	○	30アンプル	23,000	血液ガス分析装置又はイオン選択電極分析装置による pH, Pco_2, Po_2, Total CO_2, Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^- の測定をモニターするための，インビトロ用の精度管理用物質です。(非血清)
〃 レベルⅣ	〃	高酸素加	〃	10アンプル	12,000	

(株)カイノス

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
Beckman Decision「KAINOS」Multipack	生化学項目全般	低値，中間値，高値	○	20ml×6	45,000	
〃 Level Ⅰ	〃	低値	〃	20ml×4	31,000	
〃 Ⅱ	〃	中間値	〃	〃	〃	
〃 Ⅲ	〃	高値	〃	〃	〃	
Ultimate C_4	ビリルビン標準値	4mg/dl	〃	2ml×10	20,000	
〃 C_8	〃	8 〃	〃	〃	〃	
〃 C_{20}	〃	20 〃	〃	〃	〃	
Ultimate-D Level 1	ビリルビンコントロール	低値	〃	3ml×10	39,000	
〃 2	〃	中間値	〃	〃	〃	
〃 3	〃	〃	〃	〃	〃	
〃 4	〃	高値	〃	〃	〃	
I.D.-Zone(Normal)	血清蛋白分画	正常	〃	2ml×6	44,000	
〃 (Abnormal)	〃	異常	〃	〃	〃	

尿コントロール Level 1	AMY, Ca, Cl, CRE, Glu, Pi, K, Na, TP, UN, UA, Osmolality	正常	〃	10ml×3	33,000	
〃 2	AMY, Ca, Cl, CRE, Glu, Pi, K, Na, TP, UN, UA, Osmolality, M-ALB	異常	〃	〃	〃	

片山化学工業(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
ローゼルム	酵素・脂質他	正常	○	5ml×10	12,500	OLYMPUS AU510/560, 500/550 専用
ハイゼルム	〃	異常	〃	〃	〃	〃
リピッドゼルム	脂質	〃	〃	2ml×10	10,000	〃
TZ ゼルム	膠質	〃	〃	3ml×〃	12,000	〃

関東化学(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
クオリトロール CK-MB	CK, CK-MB	異常	○	1ml×6	20,000	

極東製薬工業(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
LIX LEVEL-1	酵素・脂質他	低域異常～正常	○	20ml×4	31,000	米国・ベックマン社製 販売：極東製薬工業(株)
〃 -2	〃	正常～高域異常	〃	〃	〃	〃
〃 -3	〃	高域異常	〃	〃	〃	〃
ID-ZONE NORMAL	蛋白分画	正常	〃	2ml×6	44,000	〃
〃 ABNORMAL	〃	異常	〃	〃	〃	〃
ULTIMATE C20	ビリルビン		〃	2ml×10	20,000	〃
〃 C8	〃		〃	〃	〃	〃
〃 C4	〃		〃	〃	〃	〃
マルチメイトDレベル1	トータル・ダイレクトビリルビン	正常	〃	3ml×10	39,000	〃
〃 レベル2	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃 レベル3	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 レベル4	〃	〃	〃	〃	〃	〃

高脂質コントロール血清	脂質		〃	5ml×10	60,000	

国際試薬(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
モニトロール・Lレベル I	酵素，脂質，電解質 他	正常	○	5ml×6	10,000	
〃 レベルII	〃	異常	〃	〃	〃	
モニ・トロール・I	電解質，酵素，脂質 他	正常	〃	5ml(乾燥)×10	18,000	
〃 ・II	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 ・I・X	〃	正常	×	10ml(乾燥)×10	16,500	
〃 ・II・X	〃	異常	〃	〃	〃	
ビリトロール	Bil	〃	○	2ml(乾燥)×6	6,000	
リピトロール	脂質	〃	〃	〃	20,000	
CK/LD蛋白分画コントロール	CK, LDHアイソザイム，特殊蛋白分画	項目により異なる	〃	1ml(乾燥)×10	50,000	
イムノアッセイコントロール	免疫血清(RIA, EIA, TDM)	3濃度	〃	5ml×2×3濃度	45,000	
髄液コントロールLレベル I	髄液検査用	正常	〃	3ml×6	40,000	
〃 レベルII	〃	異常	〃	〃	〃	
尿化学コントロール，レベル I・II	尿化学検査用	2濃度	〃	10ml分×5×2レベル	50,000	
ISEトロール I・X	電解質用	正常値下限付近	×	3ml分×5	4,500	
〃 II・X	〃	正常値上限付近	〃	〃	〃	

三光純薬(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
EXA Liquid Normal	酵素・脂質他	正常	○	1ml×100	31,000	液状コントロール
〃 Abnormal	〃	異常	〃	〃	〃	〃
EXA Liquid 5 Normal	〃	正常	〃	5ml×25	35,000	〃
〃 Abnormal	〃	異常	〃	〃	〃	〃
EXA Normal	〃	正常	〃	5ml用×6	8,500	F.D.品
〃 Abnormal	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃 IM-N	免疫項目	正常	〃	2ml×4	21,000	液状コントロール

〃 IM-A	〃	異常	〃	〃	28,000	〃
〃 Ligand	腫瘍マーカー・ホルモン他	3レベル	〃	(5ml用×4)×3	35,000	RIA・EIA総合コントロール
〃 lipid	脂質専用	異常	〃	5ml×6	23,000	脂質専用コントロール
EXA urine I	HCG・クレアチニン・蛋白他	正常	〃	25ml用×6	18,100	尿検査用 〃
〃 II	〃	異常	〃	〃	19,500	〃
EXA bilirubin	ビリルビン他	〃	〃	3ml用×6	9,600	高ビリルビンコントロール
〃 GHb	ヘモグロビン グリコヘモグロビン	2レベル	〃	(1ml用×3)×2	21,000	グリコヘモグロビンコントロール
〃 STRAIN	標準菌株			(20disk/vial)×4	12,000	精度管理用菌株ディスク

(株)常光

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望 価格(円)	備考
分画トロール「常光」"ノーマル"	蛋白分画用	正常	○	0.5ml×10本	18,000	1本約1週間使用可能
〃 "アブノーマル"	〃	異常	〃	〃	〃	〃
イオン電極用常用標準血清 ISE-CRS	Na^+, K^+, Cl^-	高, 中, 低	〃	1.5ml×20本	16,000	冷凍品

住友製薬(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望 価格(円)	備考
アクエック-10	IgG IgA IgM C3 C4 CRP RF ASO CEA AFP	高値, 低値	○	2ml×4	40,000	液状で長期間安定している。高値, 低値別売
〃 -タイプII	CEA AFP BMG フェリチン	〃	〃	〃	28,000	液状で長期間安定している。

(株)セロテック

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望 価格(円)	備考
コントロール5N	酵素, 脂質, 糖, 他	正常	○	5ml用×12	12,000	
〃 5E	〃	異常	〃	〃	18,000	
リピッド-S	脂質		〃	2ml用×8	11,000	
リピッド-L 5N	〃	正常	〃	5ml用×6	22,000	
〃 3E	〃	異常	〃	3ml用×〃	50,000	
ウリコン-L 5N	尿化学項目(13項目)	低値域	〃	5ml用×〃	8,000	

〃　5E	〃	高値域	〃	〃	10,000	
キャリブレーター M4	血清 UN, CRE, IP, Ca		〃	〃	〃	

(株)ダイアヤトロン

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
セラケムノーマルコントロール血清	酵素・脂質・電解質他	正常	○	5ml用×12	18,000	米国・フィッシャー社製 販売：ダイアヤトロン
〃　アブノーマルコントロール血清	〃	異常	〃	〃	〃	〃
イアトロセーラ IM-I	免疫血清	正常	〃	2ml用×4	18,400	ヤトロン社製 販売：ダイアヤトロン
〃　IM-II	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃　IM	〃	正常・異常	〃	1ml用×5 〃	39,800	〃
〃　TH-I	凝固・線溶マーカー	正常	〃	0.5ml用×6	12,000	〃
〃　TH-II	〃	異常	〃	〃	〃	〃

第一化学薬品(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
セロノルム・ヒューマン	生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属・他	正常	○	5ml用×10	18,000	ノルウェー・Nycomed社製, 販売：第一化学薬品
セロノルム	電解質・酵素・脂質・他	〃	〃	5ml×5	9,000	〃
パソノルム H	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃　L	〃	〃	〃	〃	〃	〃
オートノルム	〃	正常	〃	10ml用×6	16,100	〃
セロノルム・ファルマカ AED 治療域	血中薬物(抗てんかん薬)	治療域	〃	5ml用×10	20,000	〃
〃　中毒域	〃	中毒域	〃	〃	〃	〃
セロノルム・ファルマカ CAD 治療域	血中薬物(循環器系薬)	治療域	〃	〃	〃	〃
〃　中毒域	〃	中毒域	〃	〃	〃	〃
セロノルム・リピッド	血清脂質	正常	〃	3ml用×6	11,000	〃

ダコ・ジャパン(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
ヒト血清タンパク/【キャリブレーター】	Alb, α_1-アンチキモトリプシン, C_{3c} IgA, G・M 他全14項目	正常	○	1ml 1ml×20	3,000 39,000	液状
〃/【コントロール血清】, 高濃度域	Alb, α_1-アンチキモトリプシン, C_{3c} IgA, G・M 他全13項目	項目により異なる	〃	〃 〃	10,000 150,000	〃
〃/【コントロール血清】, 低濃度域	〃	〃	〃	〃 〃	〃 〃	〃
ヒト血清C反応性タンパク(CRP)/【キャリブレーター】	CRP		〃	1ml	6,000	〃, 160mg/l 付近に設定
〃/【コントロール血清】, 高濃度域	〃	正常	〃	〃	9,000	〃, 100mg/l 〃
〃/【コントロール血清】, 低濃度域	〃	〃	〃	〃	〃	〃, 30mg/l 〃
ヒト血清α_1-ミクログロブリン(プロテインHC)/【キャリブレーター】	α_1-Microglobulin		〃	〃	19,000	〃, 530mg/l 〃
ヒト AFP(α_1-フェトプロテイン)/【スタンダード】	AFP		〃	1ml 2ml 10ml	15,000 27,000 108,000	〃
ヒト血清アポリポプロテイン A-I, B/【キャリブレーター】	アポリポプロテイン A-I, B		〃	0.5ml×6	48,000	凍結乾燥品
〃/【コントロール】	〃		〃	〃	54,000	〃
ヒト血清リポプロテイン(a)/【キャリブレーター】	LP(a)		〃	1ml×1	10,000	〃
ヒト HBA_{1c}/【コントロールセット】	HBA_{1c}	正常, 異常	〃			〃

デンカ生研(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
コントロール血清「生研」	生化学	異常	○	3ml×10		
キューセラ N	〃	正常	〃	15ml×5		
〃 AN	〃	異常	〃	〃		
イムノキューセラ I-(L)「生研」	免疫	〃	〃	3ml×5		
〃 -(H)「生研」	〃	〃	〃	〃		
イムノキューセラ II-(L)「生研」	〃	〃	〃	〃		
〃 -(H)「生研」	〃	〃	〃	〃		

(株)日科機

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望 価格(円)	備考
S-CALキャリブレーター・キット	WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCHM, MCHC, PLT, MPV	正常	○	6ml×2本	24,000	米国・コールター社製血球計数用
4C PLUSトライ・パック6ml	測定機種に対応	正常・異常	〃	〃 ×3本×4	58,000	〃
〃 ・パックVI	〃	〃	〃	〃	30,000	〃
5cセル・コントロール	〃	〃	〃	3.3ml×3本×4	53,000	〃

日水製薬(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望 価格(円)	備考
コンセーラ	酵素・脂質・電解質その他	正常	×	3ml用×25本 15ml用×15本	8,400 21,800	凍結乾燥品
〃 A	〃	異常	〃	〃	10,600 27,500	〃
スイトロールN	〃	正常	○	5ml用×6本 〃 用×20本	6,000 18,000	〃
〃 A	〃	異常	〃	〃	9,000 27,000	〃
ツイン-コンセーラ	〃	低値，高値	〃	5ml用×各10本	14,000	〃
イムノ-コンセーラL	血漿蛋白	低値	〃	2ml用×6本	18,000	〃
〃 H	〃	高値	〃	〃	24,000	〃
〃 RF-L	RF	低値	〃	〃	12,000	〃
〃 RF-H	〃	高値	〃	〃	18,000	〃
〃 ASO-L	ASO	低値	〃	〃	12,000	〃
〃 ASO-H	〃	高値	〃	〃	18,000	〃
リピッド-コンセーラ	脂質	〃	〃	2ml用×6本 〃 用×20本	7,200 22,000	〃
L-コンセーラN	酵素・脂質・電解質その他	正常	×	5ml×40本 10ml×20本 30ml×10本	22,000 18,000 24,000	凍結プール血清
〃 A	〃	異常	〃	〃	26,000 22,000 28,000	〃
〃 I	〃	低値	〃	〃	27,000 22,000 27,200	凍結プール血清・2濃度管理用
〃 II	〃	高値	〃	〃	36,000 30,000 36,000	〃

日本商事(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
ネスコール-X	脂質・酵素・電解質・糖質その他	正常	×	3ml×20 15ml×10	5,900 13,000	製造：化学及血清療法研究所
〃 -XA	〃	異常	〃	〃 〃	12,000 27,000	〃
セラクリア-HE	酵素	正常・異常	○	正常域 3ml×5 異常域 3ml×5	26,000	製造：化学及血清療法研究所 [ヒト型酵素コントロール]
〃 -N	脂質・酵素・電解質・糖質その他	正常	〃	3ml×10	9,500	製造：化学及血清療法研究所
〃 -NA	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃 -LP	脂質	〃	〃	3ml×5	9,300	〃
ユニプラズマトロール・ノーマル	血液凝固能測定用管理用血漿	正常	〃	1ml×8	8,500	製造：ビオメリュー社(フランス)
〃 ・アブノーマル	〃	異常	〃	〃	12,000	〃
カリプラズマ	〃	正常	〃	〃	10,000	〃
〃 インデックス100	血液凝固能測定用管理用正常血漿	〃	〃	〃	24,000	〃
ユニプラズマトロール インデックスP	〃 管理用異常血漿	異常	〃	〃	〃	〃
カリプラズマ クィック	プロトロンビン時間検量線用血漿		〃	(0.5ml×3)×4	12,000	〃
ネスコート HE・ALP4	アルカリフォスファターゼアイソザイムの電気泳動用位置マーカー		〃	1ml×4	15,500	
〃 ・P-AMY	アミラーゼアイソザイムの電気泳動用位置マーカー		〃	〃	〃	
HbA_1 コントロール・ノーマル	グリコヘモグロビン	正常	〃	0.1ml用×4	36,000	
〃 ・アブノーマル	〃	異常	〃	〃	〃	
ヘモグロビンコントロール	ヘモグロビン	正常	〃	0.5ml×6	6,600	

日本DPCコーポレーション

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
CON6	エストラジオール，テストステロンなどのホルモン	低，中，高	○	6ml×2	20,000	

日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
ライフォチェック HbA_2 コントロール	HbA_2，HbF，HbS	高・低	○	(1ml×2)×2	60,000	凍結乾燥品

〃 全血コントロール	シクロスポリン，葉酸，鉛	高・中・低	〃	2ml×6	12,000	凍結乾燥品，それぞれのレベルは別包装で販売
〃 Benzo/TCA コントロール血清	ベンゾジアゼピン系，三環系抗うつ剤	高・低	〃	5ml×3	20,000	〃
〃 高ビリルビンコントロール血清	小児検査用直接・間接，総ビリルビン，テオフィリン，カリウム，マンガン，マグネシウム等	〃	〃	4ml×6	22,000	液状品，それぞれのレベルは別包装で販売
〃 イムノロジーコントロール血清	アルブミン，ASO, C_3, C_4, CRP, IgA 等免疫検査項目	〃	〃	1ml×6	25,000	〃
〃 アルコールコントロール血清	エチルアルコール	高・中・低	〃	2ml×6	26,500	〃
〃 脂質コントロール血清	HDL-コレステロール，総コレステロール，トリグリセライド等脂質関連項目	高・低	〃	3ml×6	10,000	〃
〃 試験紙尿コントロール	尿ディップスティック測定項目	〃	〃	(10ml×5)×2	13,000	液状品
〃 CK/LD アイソエンザイムコントロール血清	CK-BB, CK-MB, CK-MM, LDH 等 CK, LD アイソエンザイム	〃	〃	1ml×6	24,000	液状品，それぞれのレベルは別包装で販売
〃 リウマチ因子コントロール血清	RF		〃	2ml×6	20,000	液状品
〃 HIV-1 コントロール血清	P15，P18，P24，P32，P51，P55，P65，gP41-43，gP120，gP160	高・低	〃	(1ml×3)×2	34,000	〃
血液ガスコントロール	pCO_2, pH, pO_2	アシドーシス ノーマル アルカローシス	〃	1.7ml×50	30,000	液状品，それぞれのレベルは別包装で販売
〃 プラス E1，E2，E3	pCO_2, pH, pO_2, Na^+, K^+, Ca^{2+}	〃	〃	〃	35,000	〃
〃 プラス E4	〃	過酸素	〃	〃	〃	液状品
〃 プラス E(グルコースレベル付き)	pCO_2, pH, pO_2, Na^+, K^+, Ca^{2+}, HCO, クロール，グルコース等	高・中・低	〃	1.7ml×30	〃	液状品，それぞれのレベルは別包装で販売
ライフォチェックイムノアッセイコントロール血清	薬物，ホルモン，腫瘍マーカーなど65項目以上	高・中・低	○	(5ml×4)×3	38,000	凍結乾燥品
〃 腫瘍マーカーコントロール血清	CEA, CA19-9，APP など腫瘍マーカー全般	高・低	〃	(2ml×3)×2	48,000	〃
〃 TDM コントロール血清	テオフィリン等主要薬物37種類	高・中・低	〃	(5ml×4)×3	28,000	〃
〃 糖尿病検査コントロール	HbAlc	高・低	〃	(0.5ml×3)×2	35,000	〃
〃 フルクトサミンコントロール血清	フルクトサミン	〃	〃	(1ml×10)×2	30,000	〃
〃 生化学コントロール血清	生化学検査項目60項目以上	〃	〃	5ml×12	18,000	凍結乾燥品 それぞれのレベルは別包装で販売
〃	〃	〃	×	5ml×25	21,000	〃
〃 定量用尿コントロール	物理化学，化学一般，特殊物質 内分泌，毒物等60項目以上	〃	○	10ml×10 25ml×〃	15,000 25,000	〃
〃 重金属測定用尿コントロール	各種重金属，有機溶媒代謝物	〃	〃	25ml×10	25,000	〃
〃 内分泌コントロール血清	ドーパミン，エピネフリン，ノルエピネフリン		〃	10ml×10	30,000	凍結乾燥品
〃 髄液コントロール	ヒト脳脊髄液		〃	3ml×6	20,000	〃
〃 ドラッグフリー血清	薬物不含(検体希釈用)			10ml×10	47,500	〃
〃 トキシフリー尿コントロール	〃			〃	30,000	〃
〃 妊娠検査コントロール血清	hCG，ホルモン，AFP，フェリチン	高・中・低	○	(5ml×4)×3	18,000	〃
〃 貧血症コントロール血清	フェリチン，葉酸，TSH，トランスフェリン，プレアルブミン，ビタミン B_{12}		〃	3ml×6	16,000	高感度 TSH 検査用として，TSH は低値異常範囲に調整

日本ロシュ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
コントロール血清N「ロシュ」	一般生化学項目	正常	○	5ml×28		
〃 P「ロシュ」	〃	異常	〃	〃		
リピッドコントロール血清「ロシュ」	脂質項目	〃	〃	5ml×6		
キャリブレーターI「ロシュ」	ALB, T-BIL, Ca, CREA, GLU, Fe, IP, TP, BUN, UA		〃	3ml×28		マルチ用スタンダード
T標準血清「ロシュ」	IgG, IgA, IgM, トランスフェリン, アルブミン, C_3, C_4, ハプトグロビン		〃	0.5ml×3		TIA用スタンダード
CK-MBコントロール「ロシュ」	CH-MB, CK	異常	〃	2ml×5		
フルクトサミンコントロール「ロシュ」II	フルクトサミン	正常, 異常	〃	1ml×6		
コントロール血液(L)	RBC, WBC, Hb, Ht, PLT, MCH, MCV, MCHC	低値異常	〃	2ml×4		血球計数装置用
〃 (N)	〃	正常	〃	〃		〃
〃 (H)	〃	高値異常	〃	〃		〃
コントロール血液MBX-21 Low	〃	低値異常	〃	〃		〃
〃 Normal	〃	正常	〃	〃		〃
〃 High	〃	高値異常	〃	〃		〃

富士メディカルシステム(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
富士ドライケムコントロールQP-L	19項目(酵素, Glu, Bunなど) 富士ドライケムで測定できる項目(CRP, LAP以外) NH3, Hb		○	3ml×6	10,800	凍結乾燥−20℃保存。富士ドライケム5000シリーズ, 3000シリーズ専用
〃 QP-H	〃		〃	〃	〃	〃

ベックマン(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
デシジョン レベル1	生化学一般	正常域(低レベル)	○	20ml×4本		液状で使用し易く経済的。−15〜−20℃で保存します。(凍結しません)
〃 2	〃	〃 (高レベル)	〃	〃		〃
〃 3	〃	異常域(高レベル)	〃	〃		〃
〃 マルチ	〃	レベル1,2,3混合	〃	20ml×2本×3レベル		〃

トライアッド レベル1	〃	正常域	×	20ml×20本		〃
〃 2	〃	異常域(高レベル)	〃	〃		〃
〃 3	〃	〃 (クリティカルレベル)	〃	〃		〃
ID ゾーン ノーマル	蛋白電気泳動用	正常パターン	○	2ml×6本		〃
〃 アブノーマル	〃	A/G 比異常パターン	〃	〃		〃
アルチメイト-D レベル1	総/直ビリルビン測定用	低レベル	〃	3ml×10本		液状で使用し易いアンプル包装。−15〜−20℃で保存します。(凍結しません)
〃 2	〃	中レベル	〃	〃		〃
〃 3	〃	高レベル	〃	〃		〃
〃 4	〃	異常高レベル	〃	〃		〃
アルチメイトビリルビンキャリブレーター C4	総ビリルビン測定用	4 mg/dl前後のレベル	〃	2ml×10本		液状で使用し易いアンプル包装。−15〜−20℃で保存します。(凍結しません)米国 NIST (SRM916)で検定されています。
〃 C8	〃	8 mg/dl 〃	〃	〃		〃
〃 C20	総ビリルビン測定用	20mg/dl 〃	〃	2ml×10本		〃
ビジル PRX レベル 1	タンパク・薬物測定用	低レベル	〃	5ml×4本		液状で使用し易い。タンパク・薬物27項目 −15〜20℃で保存します。
〃 2	〃	中レベル	〃	〃		〃
〃 3	〃	高レベル	〃	〃		〃
ビジル Plus レベル 1	ASO/CRP/RHF 測定用	低レベル	〃	5ml×3本		液状で使用し易い。2〜8℃で冷蔵保存
〃 2	〃	中レベル	〃	〃		〃
〃 3	〃	高レベル	〃	〃		〃

ベーリンガー・マンハイム(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
プレチノルム IM	ホルモン・腫瘍マーカー 薬物，他(20項目)	正常	○	3ml×4		
プレチパス IM	〃	異常	〃	〃		
腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカー(9項目)	正常，異常	〃	〃		
プレチクロット I/II	PT, APTT, Fbg, HQ	〃	〃	1ml×各3		
プレチクロム I/II	AT-III，PLG, プロテイン C	〃	〃	〃 ×各6		

和光純薬工業(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望 価格(円)	備考
液状コントロール血清Ⅰワコー	酵素・脂質・窒素化合物・無機質・他	正常	○	5ml×10		
〃 Ⅱワコー	〃	異常	〃	〃		
コントロール血清Ⅰワコー	〃	正常	〃	〃		
〃 Ⅱワコー	〃	異常	〃	〃		
LYPHOCHEK-IA	ホルモン・腫瘍マーカー・薬剤他	レベルⅠ・Ⅱ・Ⅲ 各2	〃	5ml×6		Bio-Rad社製
ライフォチェック腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカー	レベル1, 2 各3	〃	2ml×6		〃

展示会社・主要製品紹介

IMI アイ・エム・アイ株式会社

〒343 越谷市流通団地3－3－12

設立年月日：	昭和49年5月16日
資本金：	5億5,425万円
代表者名：	代表取締役社長 積賀 一正
従業員数：	150名
工場所在地：	〒340　：八潮市南後谷383－1
技術センター	TEL：0489－31－0541
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　プロジェクト営業部
	TEL：0489－88－4411　FAX：0489－88－4734

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEM－プレミア

特長：メンテナンスフリーの血液ガス分析装置。しかも，1パックで血液ガス（pH, PCO_2, PO_2），電解質（Na^+, K^{++}, Ca^{++}），ヘマトクリットの7項目を同時測定。

〔取扱い商品〕

成人用長期人工呼吸器…CV4000α，BEAR5，BEAR3
小児用　〃　…Bear Cub
ポータブルベンチレーター…LP10，LP6Puls
麻酔システム…Vip302，202
呼気ガス分析装置…カプノマックウルティマ
麻酔ICUモニタ…カーディオキャップII
代謝モニター…デルタトラック
SpO_2/CO_2モニター…オスカー2
超音波メス…ソノメディックDX－201－T
電気メス…TD411
洗浄・殺菌装置…パスツールマチック
無菌乾燥装置…ドライヤー43，44

アジア器材株式会社

〒194 町田市森野2－27－12

設立年月日：	
資本金：	1,000万円
代表者名：	岩佐 和彦
従業員数：	45名
工場所在地：	〒229　：相模原市田名49
	TEL：0427－62－2703
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　本社営業部
	TEL：0427－23－4670　FAX：0427－28－0163

〔展示主要商品〕

沈渣用スピッツ／アトラスピッツ

特長：アトラスピッツは，クリニテック・アトラス（全自動尿分析装置）の専用容器です。機械に掛けた後，そのまま標準法にて沈渣が行なえるように設計されています。

〔取扱い商品〕

■サンプルカップ類各種
■試験管類各種（プラスチック製）
■スポイト類各種
■喀タン処理器各種
■滅菌検査コップ各種
■オートクレーブ滅菌処理用パック
■キャップレス・サンプルカップ立各種（特注可）
■キャップレス・試験管立（特注可）

アスカ純薬株式会社

〒101 東京都千代田区神田須田町2－4

設立年月日：	
資本金：	
代表者名：	
従業員数：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3254—0576　　FAX：03—3254—0665

〔展示主要商品〕

感受性試験装置／センシミック

特長：微量液体希釈法の応用による，薬剤を6濃度に配列した乾燥薬剤ユニットを用いる薬剤感受性試験検査薬。このユニットを用い，種々の薬剤を自由に組み合わせて簡便にMIC測定が出来る。室温1年間保存可能。

〔取扱い商品〕

株式会社 アステックコーポレーション

〒553 大阪市福島区野田5－17—22

設立年月日：	昭和59年3月23日
資本金：	2,000万円
代表者名：	上嶋 一生
従業員数：	20名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：06—466—1677　　FAX：06—466—1601

〔展示主要商品〕

採血管オートラベラー／MODEL A—1

特長：検査依頼データに基づき一患者毎に，必要な採血管を選択し，バーコード検体ラベルを印字発行・貼付け，ラックに収納する，全自動マシンです。検体の取り間違いミスを防止し，患者の待ち時間を短縮します。

〔取扱い商品〕

■採血管バーコードラベル自動貼付装置：MODEL A—1
　・病院の中央採血室で使用する，全自動タイプ
■採血管バーコードラベラー（簡易型）：TTP—6701
　・各科で使用する，お手軽タイプ
■病院用磁気カード／バーコードリーダー：SKTシリーズ
　・診察券（磁気）とカルテ／採血管（バーコード）をこれ1台で処理。
■バーコードラベル発行プリンター：UTiCODERシリーズ
　・大学病院と共同開発しました。
■バーコードリーダー：AT—1125
　・キーボードインターフェース内蔵の高性能リーダー
■患者案内端末（再診受付機）

株式会社アムコ

〒102 東京都千代田区飯田橋4－8－7

設立年月日：	昭和26年1月18日
資本金：	8,424万円
代表者名：	代表取締役社長 坂田 陽一郎
従業員数：	310名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　科学第一部
	TEL：03－3265－4265　　FAX：03－3262－8630

〔展示主要商品〕

血液培養検査装置／バクテアラート

特長：血液培養ボトルを装置にセットするだけで，結果の判定・プリントアウトまでを自動的に処理します。検出時間の短縮，省力化が計れます。

〔取扱い商品〕

血液培養検査装置（バクテアラート）
嫌気チャンバーシステム（バクトロン）
嫌気性・微好気性ジャーシステム（マート アンオキソマットシステム）
グルコース測定器（ヘモキュー）
細菌同定システム（ラップアイディ・ANA）
（ラップアイディ・NH）
（ラップアイディ・STR）
（ラップアイディ・SSu）
（ラップアイディ・NF＋）

Aloka アロカ株式会社

〒181 三鷹市牟礼6－22－1

設立年月日：	1950年1月20日
資本金：	22億4,000万円（1993年3月31日現在）
代表者名：	取締役社長 細美 昌平
従業員数：	1,138名（1993年3月現在）
工場所在地：	〒386　　：上田市踏入2－10－19　上田日本無線㈱内
	TEL：0268－25－1001
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　第5営業部
	TEL：0422－45－5502　　FAX：0422－48－5886

〔展示主要商品〕

検体前処理システム

特長：○検体検査の前処理である採血管の遠心分離，開栓，分注の3工程を自動化。
○システム構成はユニット方式により，使用施設の規模に合わせたレイアウトが選択でき，増設も可能。
○採血した元検体をセットするだけで，検体バーコードを読み取り，任意のラックへ自動分注を行うので，省力化と検体取り違えを一挙に解決。
○独自のセンサー技術で検体間のキャリーオーバ防止，液面検出，ツマリ検出などを行い，元検体から目的の子検体へ正確な分注が可能。
○サンプリングチップの選択，アッセイエリアのレイアウトなど，検査室の現場に合わせた運用ができる。

〔取扱い商品〕

■検体検査装置
全自動EIA装置，全自動RIA装置
検体大分け分注システム，自動分注装置
マイクロプレート関連装置，発光測定装置など
■超音波診断装置
■核医学診断装置
■放射線測定装置
■治療・手術装置

ERC 株式会社イーアールシー

〒332 川口市西青木5－8－6

設立年月日：	1988年8月3日
資本金：	4,000万円
代表者名：	白戸 鴻三
従業員数：	41名
工場所在地：	〒332　：川口市西青木5－8－6
	TEL：048—259—0711
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　東京営業本部
	TEL：03—3861—8977　FAX：03—3861—5787

〔展示主要商品〕

脱気装置／オンラインデガッサー

特長：高速液体クロマトグラフィー装置，生化学自動分析装置に取り付けることにより，分析精度の向上に大きく役立ちます。

〔取扱い商品〕

高速液体クロマトグラフィー装置用　オンライン脱気装置 ERC—3000シリーズ

〃　超高感度示差屈折計 ERC—7500シリーズ

生化学自動分析装置用　オンライン脱気装置 ERC—3Lw

MBL 株式会社医学生物学研究所

〒460 名古屋市中区丸の内3－5－10 住友商事丸の内ビル5F

設立年月日：	昭和44年8月23日
資本金：	7億7,600万円
代表者名：	数納 幸子
従業員数：	150名
工場所在地：	〒458　：名古屋市緑区鳴海町字四本木16—3
	TEL：052—622—5261
研究所所在地：	〒396　：伊那市大字手良沢岡字大原1063—103
	TEL：0265—76—1777
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部
	TEL：052—971—2081　FAX：052—971—2337

〔展示主要商品〕

リポ蛋白(a)測定試薬／TAC—3テスト LP(a)

特長：①疎水性基導入抗体の使用により，高い感度と優れた再現性を実現致しました。②広い測定範囲を有しています。③すべてのイソホームを測定可能です。④共存物質の影響を，ほとんど受けません。

〔取扱い商品〕

- 自己抗体検査試薬
  IF法：ANA, AMA/ASMA, DNA, セントロメア
  EIA法：ds/ssDNA, ENA, ミトコンドリア M2，カルジオリピン
  DID法：ENA
- 免疫比濁法試薬…TAC2，TAC3
  測定項目：IgG/A/M, C_3, C_4, CRP, LP(a), Tf, Hpt, α_1AG
  対応機種：日立，オリンパス，東芝，COBAS
- フローサイトメトリー用試薬
  ヒト白血球タイピング用試薬（仏イムノテック社），抗 Fas 抗体
- 免疫組織染色用試薬，抗体
- 全自動マイクロプレートウォッシャー　・電動ピペット

CTC 伊藤忠テクノサイエンス株式会社

〒154 東京都世田谷区駒沢1—16—7

設立年月日：	1972年4月1日
資本金：	5億円
代表者名：	代表取締役社長 佐武 廣夫
従業員数：	1,515名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　システム営業第4部 東日本医療システム営業グループ
	TEL：03—3419—9255　　FAX：03—3419—9249

〔展示主要商品〕

臨床検査情報処理システム／Sun 臨床検査システム

特長：Sun ワークステーションの強力なコンピューティング・パワーの処理環境のもと，長期連続的なデータ管理，グラフィックによる画像処理，精度管理など充実したフォローアップ機能を装備し，検査の総合的自動化をバックアップ。

〔取扱い商品〕

システムの特徴

- 臨床検査の総合的かつ高度な自動化。
- UNIX—C バージョンによる多重処理。
- 総合的データベースとして「サイベース」の標準的組みこみ。
- マルチウィンドによるマルチジョブシステム。
- リアルタイム QC 高速処理化による，短時間報告の実現。
- バーコードシステムの採用。
- LAN システム（イーサネットや光通信）による高速ネットワーク化。

乾商事株式会社

〒596 大阪市都島区東野田町1—5—15

設立年月日：	昭和35年6月1日
資本金：	1,650万円
代表者名：	代表取締役 村田　修
従業員数：	25名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　開発G
	TEL：06—352—4321　　FAX：06—358—2276

〔展示主要商品〕

ニッサンアノン300

特長：両性活性殺菌剤，抗菌力の巾が広い。蛋白汚染が混入しても殺菌力が低下しにくい。毒性が低く刺激性がない。pH の影響を受けることが少なく金属プラスチックその他の材質に対し腐食性がない

〔取扱い商品〕

ビスタ CL，ハイアライ CA，イルソープピンク，イルソープピンク泡，イルソープ DP—70

A&T 株式会社 エイアンドティー

〒191 日野市日野320—11

設立年月日：	昭和53年5月
資本金：	3億7,000万円
代表者名：	松崎 駿二
従業員数：	250名
工場所在地：	〒023—11 ：〔江刺工場〕江刺市岩谷堂字松長根63—2
	TEL：0197—35—0005
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業本部
	TEL：0425—85—7015 FAX：0425—86—9804

〔展示主要商品〕

検体搬送システム／CLINILOG

特長：分析装置群とコンピュータシステムに搬送システムを加えたひとつのオートメーションシステムとして全体を一括して視野に置いた合理的システム設計構築思想

〔取扱い商品〕

CLAA 準拠検体搬送システム：CLINILOG
総合検査情報システム：CLINILAN
全自動免疫化学分析装置：501X
電解質分析装置：EA05 EA06T／R
グルコース分析装置：グルコローダー NX GA03T／R
血液凝固分析装置：CG01
ラテックス試薬：イムノティクルスオートシリーズ
マイクロタイター試薬：イムノティクルス MYCO
イムノティクルス TP イムノティクルス RF

AVL PERFECTED TO YOUR NEEDS. 株式会社エイヴィエル

〒113 東京都文京区本郷3—2—3 TIK ビル

設立年月日：	1993年8月13日
資本金：	1,000万円
代表者名：	ユルグ アンデラウァー
従業員数：	
工場所在地：	〒 ：スイス シャフハーゼン市，オーストリア グラッツ市，米国 アトランタ市
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：オーストリア グラッツ市，米国 アトランタ市
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：03—5800—3866 FAX：03—5800—3868

〔展示主要商品〕

自動血液ガス分析装置／AVL 995—Hb

特長：40μl（最少25μl）の超微量測定—世界最少—可能。微量測定で試薬の消費が少なく経済的でメンテナンスが簡単な高性能装置。AVL の電極は精度，安定性，長寿命で業界をリードしている。

〔取扱い商品〕

高級形全自動血液ガス分析装置
AVL 995—Hb／AVL 995／AVL 990
普及形自動血液ガス分析装置
AVL コンパクト1
普及形 pH 測定専用装置
AVL 9110
高級形自動電解質分析装置
AVL 988—3／AVL 988—4
普及形自動電解質分析装置
AVL 9120／AVL 9130／AVL 9140

栄研化学株式会社

〒113 東京都文京区本郷1—33—8

設立年月日：	昭和14年2月20日
資本金：	44億6,200万円
代表者名：	黒住 忠夫
従業員数：	797名
工場所在地：	〒329—01 ：栃木県下都賀郡野木町大字野木143
	TEL：0280—56—1221
研究所所在地：	〒329—01 ：栃木県下都賀郡野木町大字野木143
	TEL：0280—57—0700
商品問合せ先：	担当部門 ： 機器システム部
	TEL：03—3634—3989 FAX：03—3634—4706

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定装置／Lumispot AL—1000

特長：①全項目統一，15分で測定終了 ②4タイプの反応形式採用，15分の迅速対応 ③ビーズ固相法の特性を活かした新撹拌機構（反応槽加振方式） ④最大8項目のランダムアクセス，1時間当り100テストの処理分析

〔取扱い商品〕

■尿自動分析装置／US—2100

US—2100はウロペーパー“栄研”シリーズの呈色を検出するディテクターにカラーCCDセンサを採用し，マルチ項目を3種の波長で一括測定する尿自動分析装置です。

特長：①最大720テスト／時間の高速処理能力 ②ノン・ウォーミングアップで直ちに測定開始 ③ウロペーパーのセットはタイミング・フリー ④最大1,000検体のデータメモリ機能 ⑤見やすい大型ディスプレイと使いやすい操作パネル ⑥データマネジメント可能

■US一般検査システム／US—SYSTEM

特長：①受付業務の終了を待たずに測定 ②測定データは即システムでプリントアウト ③測定中でも沈渣入力可能 ④沈渣入力端末，プリンタ増設，ホストコンピュータへの接続可能

エム・シー・メディカル株式会社

MC MEDICAL

〒160 東京都新宿区大京町22 PJビルディング

設立年月日：	平成元年10月16日
資本金：	2億円
代表者名：	有吉 純夫
従業員数：	75名
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 臨床検査事業部
	TEL：03—3357—7855 FAX：03—3357—6178

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学発光測定装置／イムライズ

特長：発光基質AMPPDにより安定した発光とCLEIAによる高感度アッセイ，独自の洗浄法によるB／F分離を採用し，12項目同時分析，120テスト／hが可能，試薬と検体の完全バーコード管理，項目依頼が不要な簡単操作

〔取扱い商品〕

■臨床化学自動分析装置：スーパーZ，スーパーZ828

■電解質分析装置：NOVA CRTシリーズ

■血液凝固測定装置：アメルング・KCシリーズ，全自動血液凝固測定装置アマックス／アムガ

■赤血球沈降速度測定装置：ベスマティックシリーズ

■全自動免疫化学発光測定装置：イムライズ

■血小板凝集能測定装置：ヘマトレーサーシリーズ

■臨床検査試薬：○生化学関係試薬／スーパーZ用試薬（マットスーパーシリーズ）
○血液凝固関係試薬，○免疫化学発光試薬（イムライズ専用試薬）○血液凝固関連コントロール血漿

ユルマ販売株式会社

〒113 東京都文京区湯島2—31—6

設立年月日：	平成4年1月29日
資本金：	2,500万円
代表者名：	下坂 宏
従業員数：	32名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3818—6261　　FAX：03—3818—6280

〔展示主要商品〕

スロンボエラストグラム／クロット・トレーサー

特長：TE—700はマイクロプロセッサー及びLCDディスプレイを搭載した新しいスロンボエラストグラムの測定器です

〔取扱い商品〕

1)自動血球計数装置　2)血球計算盤　3)血液凝固検査機器　4)電解質自動分析装置　5)血糖計　6)ビリルビンメーター　7)光電比色計　8)分光光度計　9)ミクロトーム　10)ゴニオメーター　11)各種デスポ商品

大塚製薬[株]診断事業部

〒101 東京都千代田区神田司町2—9

設立年月日：	1964年8月10日
資本金：	60億円
代表者名：	大塚 明彦
従業員数：	4,902名
工場所在地：	〒771—01　：徳島市川内町平石字夷野224—18
	TEL：0886—65—1721
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　診断事業部システム販売課
	TEL：0886—65—8802　　FAX：0886—65—3613

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／オーシン（OHCIN）

特長：病院トータルシステムの一環として「検査部門」を位置づけし，効率化を最大限に行い，「検査室コンピュータ」「検査機器（方法）」「人材」の一体化により，精度の向上と検査データの迅速報告，ユーザーサービスの向上を目指した検査トータルシステムです。

- 検体番号をいかした，ワークシートレスの検体検査の確立
- ランダム測定を前提とした検査業務の管理
- 分析機器との柔軟かつ簡単な接続
- EWS（エンジニアリング・ワークステーション）によるシステム構築

〔取扱い商品〕

■臨床検査システム「オーシン」(OHCIN)

■健診管理システム「カムワン」(CUM—1)

オーソ・ダイアグノスティック・システムズ株式会社

Ortho

〒135 東京都江東区東陽6－3－2 イースト21タワー

設立年月日：	1981年3月24日
資本金：	10億円
代表者名：	法華津 寛
従業員数：	154名（1994.5.20現在）
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング本部
	TEL：03—5632—7322　　FAX：03—5632—7323

〔展示主要商品〕

全自動血液凝固測定装置／コアグラブ RA

特長：試薬をセットしたままでの24時間スタンバイ機能を備え，国産機としては最大の処理能力を有するフルオート機である。さらに，ワンタッチスタートシステムにより，操作面の簡素化を実現した機種である。

〔取扱い商品〕

・オーソ T テスト
・オーソ H テスト
・オーソ OK Combo シリーズ
・オーソサイトロンアブソリュート
・スクマット3
・オーソバイオクローン　抗E，抗ē，抗C，抗c̄
・オーソ HCV Ab ELISA テストII
・オーソ HCV Ab PA テストII
・オーソ HCV Ab IRMA テスト
・オーソ HCV Ab IRMA テストII
・ケモセロ EIA「HCV NS—Ab」
・ケモセロ EIA「JCC-2」

小野薬品工業株式会社

〒541 大阪市中央区道修町2－1－5

設立年月日：	昭和22年
資本金：	173億5,500万円
代表者名：	上野 利雄
従業員数：	1,954名
工場所在地：	〒418—01　：富士宮市北山字東下組5221
	TEL：0544—58—2111
研究所所在地：	〒618　　：大阪府三島郡島本町桜井3－1－1
	TEL：075—961—1151
商品問合せ先：	担当部門　：　本社試薬部
	TEL：06—222—5551　　FAX：06—227—1668

〔展示主要商品〕

アミラーゼ測定試薬／ダイヤカラー・リキッド AMY

特長：新基質ガラクトース・G4CNP を用いることにより，G5 と同じ水解パターンを示します。

〔取扱い商品〕

クレアチニン測定試薬（ダイヤカラー・リキッド CRE）
カルシウム測定試薬（ダイヤカラー・Ca）

OMRON オムロン株式会社

〒105 東京都港区虎ノ門3－4－10

設立年月日：	昭和8年5月10日
資本金：	386億8,775万円（1993年9月末現在）
代表者名：	代表取締役社長 立石 義雄
従業員数：	21,340人（関係会社含む 1993年9月末現在）
工場所在地：	〒515　：松阪市久保町1855—370　オムロン松阪㈱
	TEL：0598—29—0660
研究所所在地：	〒615　：京都市右京区山ノ内山ノ下町24 ㈱オムロンライフサイエンス研究所
	TEL：075—316—2212
商品問合せ先：	担当部門　：　医用システム営業部
	TEL：03—3436—7055　FAX：03—3436—7254

〔展示主要商品〕

血液細胞自動分析装置／MICROX（HEG—120N）

特長：オムロンは昭和53年に国産初の血液細胞自動分析装置を開発。パターン認識方式の決定版としてMICROXの新型（HEG—120N）システムが加わりました。高精度分析モードの新設や操作性の向上を図りよりユーザフレンドリーに新登場。

〔取扱い商品〕

血液細胞自動分析装置……MICROX　HEG—120N
血液標本自動作製装置……MICROX　HEG—120NAS
遠心塗抹装置……HEG—NSP
自動染色装置……HEG—NST
集中管理装置……LADIC—S
白血球分類計数器……LADIC—12
骨髄像分類計数器……LADIC—31
尿沈渣分類計数器……LADIC—51

OLYMPUS　オリンパス光学工業株式会社

〒163—91 東京都新宿区西新宿1—22—2 新宿サンエービル

設立年月日：	1919（大正8）年10月12日
資本金：	406億8,828万円（1994年4月現在）
代表者名：	代表取締役社長 岸本 正壽
従業員数：	6,499名（1994.4月現在）
工場所在地：	〒396　：伊那市大字伊那5128
	TEL：0265—72—1111
研究所所在地：	〒192　：八王子市久保山町2—3
	TEL：0426—91—7111
商品問合せ先：	担当部門　：　オリンパス販売株式会社
	TEL：03—3375—6333　FAX：03—3375—6377

〔展示主要商品〕

臨床検査トータルシステム

特長：OLCOS500を中心として，受付・検査・報告までをトータルにデータ管理をし，検体前処理システムや各種分析装置による検査の自動化を実現するトータルシステムです。

〔取扱い商品〕

- AU5200 / AU800 } 生化学分析装置
- OLYDAS—120　自動酵素免疫分析装置
- AES620　自動電気泳動装置
- OLCOS—ELS　泳動像解析システム
- OLCOS500　臨床検査システム

地球の生命・水・空気

オルガノ株式会社

〒113 東京都文京区本郷5－5－16

設立年月日：	昭和21年5月
資本金：	82億円
代表者名：	前田 容克
従業員数：	1,000名
工場所在地：	〒300－26 ：つくば市緑ヶ原2－3（テクノパーク豊里）
	TEL：0298－47－8381
研究所所在地：	〒335 ：戸田市川岸1－4－9
	TEL：048－446－1391
商品問合せ先：	担当部門 ： 機器事業部 第2部
	TEL：03－5689－5127 FAX：03－5689－5177

〔展示主要商品〕

キャビネット形純水装置／ピュアライト PRO－150

特長：各社生化学自動分析装置への純水供給装置として本商品は活用されています。家電感覚の手軽さで，臨床検査に携わる人々が簡単に扱える装置として開発上市されました。

〔取扱い商品〕

超純水装置「ピューリックシリーズ」 キャビネット形純水装置「ミリクリアシリーズ」「ピュアライトシリーズ」 カートリッジ純水器「Gシリーズ」 RO装置「オスモクリアシリーズ」 自動再生純水装置「AMCシリーズ」 自動再生軟水装置「SATシリーズ」 ろ過装置 病院向蒸留器「オルジェッターホスピタルシリーズ」 自販機向け浄水器「オルガノフィルター」 家庭用浄水器「オルペットR」 細菌検査用ホモジナイザー「ストマッカー」 高速ホモジナイザー「クレアミックス」 ポケット形電気伝導率計・pH計「スキャンシリーズ」 ハンディタイプ電気伝導率計「スイケンサ」

その他大型超純水装置，大型ろ過装置，排水処理装置

オルガノンテクニカ株式会社

〒160 東京都新宿区歌舞伎町2－31－11 第2モナミビル

設立年月日：	1975（昭和50）年12月20日
資本金：	1億6,900万円
代表者名：	木村 征夫
従業員数：	53名
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： マーケティング部プロダクトマネージメント課
	TEL：03－3232－4333 FAX：03－3232－3976

〔展示主要商品〕

全自動血液凝固測定装置／MDA－180

特長：MDA－180は，凝固，合成基質および免疫検査を常にコンピュータにより機器本体の動作を連続的にモニターしながら，ランダムアクセスまたはバッチ処理にて全自動で検査を行ないます。

〔取扱い商品〕

■全自動血液培養検査装置：バクテアラート微生物検査システム

■血液凝固測定装置：コアグ－A－メイト シリーズ

■血液凝固・線溶試薬：シンプラスチンオート，プラテリンエクセルLS，フィブリクイック，シンプラスチン－H，フィブリノスチコン，ベリハイシリーズ，因子欠乏血漿，フィブリノスチカ FgDP，FbDP，TDP

■免疫血清試薬：ヘパノスチカ HBsAgMc II，ヘパノスチカ anti－HBs II，パイロノスチカ anti－HTLVIII，HCV EIA キット UBI

■精度管理用物質：ブラッド G・A・S コントロール，バイデイト N／バイデイト A

株式会社カイノス

〒113 東京都文京区湯島4－2－1

設立年月日：	昭和50年5月1日
資本金：	5億2,425万円
代表者名：	杉山 茂
従業員数：	210名
工場所在地：	〒309－16 ：笠間市稲田弥六内3－5 笠間西工業団地
	TEL：0296－74－4811
研究所所在地：	〒414 ：伊東市岡字旭1274－7
	TEL：0557－36－9155
商品問合せ先：	担当部門 ： 学術課
	TEL：03－3816－4480 FAX：03－3816－6544

〔展示主要商品〕

酵素免疫測定装置／QUARTUS

特長：完全自動EIA分析装置，180検体／hr，同時12項目，検査所要時間22分（サンプリングからデータプリントアウトまで）

〔取扱い商品〕

生化学試薬／“カイノスオートシリーズ”CRE－EN試薬，BUN－EN試薬，胆汁酸測定試薬カイノス，CRE－L試薬（液状）“アクアオートカイノス”GLU試薬，UA試薬，CHE試薬 他1,5－AG測定試薬

EIA試薬／“MagneticParticleEIA”AFP，CEA，CA－50，T3，T4，TSH，IgE，β_2-MG，FERRITIN，INSULIN，MYOGLOBIN，MYOSIN－L，FT3，FT4，HCG，PRL，FSH，LH，CA19－9 他

免疫血清検査試薬／“同時多項目アレルゲン特異IgE抗体測定”マストイムノシステムズ “クラミジアトラコマチスIgA，IgE抗体測定”ヒタザイムクラミジアAb

輸血検査試薬／抗A，抗B，抗D血清，クームス血清，ガンマーペグ，ブロメリン溶液，デュエットプラスディエゴA 他血球試薬

片山化学工業株式会社

〒541 大阪市中央区道修町2－5－10

設立年月日：	昭和23年8月9日
資本金：	3,000万円
代表者名：	片山 三郎
従業員数：	150名
工場所在地：	〒660 ：尼崎市東難波町3－26－22
	TEL：06－481－6769
研究所所在地：	〒660 ：尼崎市東難波町3－26－22
	TEL：06－481－6769
商品問合せ先：	担当部門 ： 研究開発部
	TEL：06－481－6769 FAX：06－482－1506

〔展示主要商品〕

オリンパス専用試薬／シリーズ品

特長：高濃度専用試薬

〔取扱い商品〕

GENOMIX, MICROMIX

EKDS 萱垣医理科工業株式会社

〒113 東京都文京区本郷3—14—16

設立年月日：	大正7年5月1日
資本金：	2,000万円
代表者名：	萱垣 啓
従業員数：	50名
工場所在地：	〒113　：東京都文京区本郷3—14—16
	TEL：03—3812—5285
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3812—5285　FAX：03—3815—1297

〔展示主要商品〕

希釈ノズル装置／MAGY—1000

特長：ステンレスノズル針を採用し，針内等独自の洗浄方式でコンタミキャリーオーバーがありません。チップ不要で低コストです。

〔取扱い商品〕

血液検査器械　臨床データ集中管理システム，デジタル分類計算器，血球試算盤各種，ディスポーザブル製品

化学検査器械　デンシトメータ各種，電気泳動装置，電子冷却泳動装置

血清検査器械　オートドロッパー，オートダイリューター，プレートミキサー，プレートウォッシャー，プレートインキュベーター，ダイリューター，ドロッパー，マイクロプレート，梅毒診断器具

バイオ関連器械　モルトン栓，コロニーカウンター，滅菌瓶

病理検査器械　パラフィン溶融器，標本箱，ミクロトーム，病理検査器具

一般検査器械　実験室設備（実験台各種），TK蒸留器，崩壊度試験器，薬局方試験器，局方試験器具

Cica 関東化学株式会社

〒103 東京都中央区日本橋本町3—2—8

設立年月日：	昭和19年11月13日
資本金：	10億円
代表者名：	野澤 俊太郎
従業員数：	1,300名
工場所在地：	〒259—11　：伊勢原市鈴川21
	TEL：0463—94—8531
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：0463—95—5624
商品問合せ先：	担当部門　：　臨床検査薬部
	TEL：03—3667—8061　FAX：03—3667—6891

〔展示主要商品〕

メルクリキッドシリーズ

特長：試薬調製の不要な液状タイプで，安定性に優れています。現在グルコース，尿酸，GOT, GPT, CK, γ-GT, ChE, CRE（酵素法），鉄，UIB-C, TG, コレステロールの12項目を発売中です。

〔取扱い商品〕

臨床検査薬：臨床検査用キット試薬，自動分析装置用試薬（汎用及び，日立7150，7250，7070，7170の専用試薬，東芝60R，20R，30R用専用試薬，日本電子RXシリーズ専用試薬等各種自動分析装置専用試薬）コントロール血清，培地及び素材，血液培養システム，クラミジア測定キット，家族計画用試薬，病理用染色試薬，日立8200用染色試薬

試薬：一般試薬，生化学用試薬，超高純度試薬，各種用途別試薬，各種クロマトグラフィー用試薬，酵素，補酵素，モノクローナル抗体，その他特殊用途試薬

電子工業用薬品：電子工業用薬品，薬品自動供給装置

化成品：液晶中間体，食品添加物

機材：パイレックス製品，精密分注製品（ブランド社製）

株式会社 キューアル

〒812 福岡市博多区博多駅東1—16—31

設立年月日：	昭和59年3月
資本金：	1,000万円
代表者名：	岡部 忠男
従業員数：	60名
工場所在地：	〒426　：静岡県藤枝市八幡字広通550—1
	TEL：054—644—4100
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　企画開発部
	TEL：092—474—2678　FAX：092—474—4365

〔展示主要商品〕

アルビ DRT—01／ラクナール3

特長：リラクセーションチェア

〔取扱い商品〕

電気製品医療用具

DIC 株式会社 京都第一科学

〒601 京都市南区東九条西明田町57

設立年月日：	昭和38年9月26日
資本金：	9,900万円
代表者名：	土井 茂
従業員数：	582名（パートを含む）
工場所在地：	〒520—33　：滋賀県甲賀郡甲南町大字柑子梅田1480
	TEL：0748—86—6833
研究所所在地：	〒　：本社に同じ
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業推進部
	TEL：075—672—6386　FAX：075—671—8289

〔展示主要商品〕

Hi—AUTO Alc／HA—8131

特長：①1検体当り3分間の最高速処理能力。②ゴムキャップ付真空採血管をそのままセットして測定可能。③不安定型 HbAlc を除去して安定型 HbAlc のみを測定。④ベルトラインシステムなどにも対応。

〔取扱い商品〕

①全自動スーパードライシステム：スポットケム（SP—4410）
②電極式電解質測定装置：スポットケム SE（SE—1510）
③自動グリコヘモグロビン測定装置：Hi—AUTOA_{1C}（HA—8121）
④自動グリコヘモグロビン測定装置：Hi—AUTOA_{1C}（HA—8140）
⑤自動グリコアルブミン測定装置：Hi—AUTO GAA（GAA—2000）
⑥自動グルコース測定装置：Glucose AUTO & STAT（GA—1140）
⑦全自動尿分析装置：スーパーオーションアナライザーII（SA—4230）
⑧尿自動分析システム：ミニオーションアナライザー（MA—4240）
⑨自動浸透圧測定装置：Osmotic Pressure AUTO & STAT(OM—6030)
⑩自動浸透圧測定装置：オズモスタット（OM—6040）

極東製薬工業株式会社

〒103 東京都中央区日本橋本町3－1－1

設立年月日：	昭和8年
資本金：	7億8,300万円
代表者名：	菊地 博
従業員数：	235名
工場所在地：	〒318 ：高萩市上手綱朝山3333—26
	TEL：0293—23—0911
研究所所在地：	〒 ：同上
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業推進部・技術サービス室
	TEL：03—3270—1645 FAX：03—3270—1799

〔展示主要商品〕

HCV関連抗体検出用試薬／シンペップ HCV—EIA

特長：合成ペプチドを使用しているので，非特異反応が少なく，シャープな判定が可能です。早期に抗体の陽転を検出します。また，短時間法で45分，長時間法で60分で測定が可能です。

〔取扱い商品〕

1．生化学的検査試薬
2．自動分析機用試薬（ランピア・ビアンコーレ シリーズ）
3．血清学的検査用試薬及び検査機器
4．自動分析装置（550—EXPRESS）
5．血清分離用血液凝固促進剤
6．真空採血管（インセパックシリーズ等）
7．組織培養用血清及び培地（DM培地シリーズ）
8．生培地（バイメタルメディアシリーズ）
9．その他各種粉末培地，結核菌検査用培地，培地用基材
10．空中浮遊菌測定装置（エアーサンプラー）
11．セキスイメディカル関連商品
12．自動細菌塗抹装置（スパイラルプレーター）

協和メデックス株式会社

KYOWA

〒104 東京都中央区入船2－1－1 住友入舟ビル

設立年月日：	昭和56年4月1日
資本金：	7億5,000万円
代表者名：	古屋 晃
従業員数：	250名
工場所在地：	〒411 ：静岡県駿東郡長泉町南一色600—1
	TEL：0559—88—6000
研究所所在地：	〒 ：同上
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 本社学術部
	TEL：03—3297—8104 FAX：03—3297—8114

〔展示主要商品〕

全自動EIA測定装置／ID—1000

特長：フィルターを固相に用いたセミドライ方式のEIA法により，6分の反応で結果が得られます。同時5項目測定で最大214テスト／hの高速処理が可能です。

〔取扱い商品〕

☆生化学検査（酵素法・液状試薬 デタミナ—Lシリーズ）
TC・FC・TG・PL・IP・UA・CRE・ChE・GLU・ALP・Fe・UIBC

☆免疫血清検査（ラテックス法 エクステルシリーズ）
IgG・A・M, C3, C4, CRP, ASO, RF, AFP, CEA, フェリチン, β_2MG, FDP, HBs抗原・抗体，TP抗体

○免疫血清検査（プレートEIA法）
HTLV-I, DUPAN-2, クラミジア

○免疫血清検査（化学発光法ACS—180用試薬）
TSH, T3, T4, FT4, IgE, CK-MB, CEA, LH, FSH, HCG, PRL, フェリチン，葉酸，VB_{12}

KUBOTA 久保田商事株式会社

〒113 東京都文京区本郷3—29—9

設立年月日：	昭和37年3月12日
資本金：	5,000万円
代表者名：	久保田 史彦
従業員数：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3815—1331　　FAX：03—3814—2574

〔展示主要商品〕

自動ハンドリング遠心機／モデル4900

特長：■インテリジェントな頭脳とハイテク機能を搭載した未来型の遠心機です。重量測定やバランス配置計算はコンピュータで自動計算するので，チューブラックにセットする採血管の本数は任意の本数でも運転できます。

〔取扱い商品〕

KUBOTAブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売と，ドイツ・ミーレ社のガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販売しています。遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナップで，ますます多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

■取り扱い商品は，下記のとおりです。

自動ハンドリング遠心機，ハイスピード冷却遠心機，大容量冷却遠心機，ハイキャパシティ遠心機，ユニバーサル冷却遠心機，テーブルトップ遠心機，パーソナル冷却遠心機，卓上小型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心機，免疫血液学用遠心機，超音波発生装置，ガラス器具用全自動洗浄機各種

CLEAN99 クリーンケミカル株式会社

〒541 大阪市中央区淡路町2—1—10—404

設立年月日：	昭和50年8月23日
資本金：	2,000万円
代表者名：	矢野 鉦三
従業員数：	31名
工場所在地：	〒567　　：茨木市横江1—12—14
	TEL：0726—34—6470
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　業務 大阪市中央区淡路町2—1—10—404
	TEL：06—227—1915　　FAX：06—227—1918

〔展示主要商品〕

クリーン99

特長：各検査室で使用される自動分析装置のライン，セル，サンプルカップ及び試験管，ピペット，プレート，等に付着した血液，血清，蛋白，脂肪の洗浄及び消毒。

〔取扱い商品〕

クリーン99K—200
クリーン99K
ニューハンドアウエイ
検査用ディスポ器材

グンゼ産業株式会社

〒101 東京都千代田区九段南2－3－1

設立年月日：	昭和6年10月31日
資本金：	71億8,600万円
代表者名：	四方 義明
従業員数：	1,000名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　機械部
	TEL：06—944—2619　　FAX：06—943—1541

〔展示主要商品〕

検体前処理装置／高速分注・仕分け装置

特長：血清学・生化学・その他検査の前処理システムとして，血清分注，定量分注，及び検査項目別に自動仕分けする省力化装置です。

〔取扱い商品〕

・自動血清分注・仕分け装置
・液量自動測定装置・自動フタはずし機
・自動仕分け装置
・チューブ自動供給装置
・チップ自動供給装置
・サンプルカップ自動供給装置
・自動バーコードラベル発行・貼付装置
・その他省力機

国際試薬株式会社
INTERNATIONAL REAGENTS CORPORATION

〒651 神戸市中央区浜辺通2－1－30

設立年月日：	1969年12月16日
資本金：	26億5,000万円
代表者名：	西峯　正
従業員数：	375名
工場所在地：	〒651—22：神戸市西区高塚台4－3－2
	TEL：078—991—2211
研究所所在地：	〒651—22：神戸市西区室谷1－1－2
	TEL：078—991—2212
商品問合せ先：	担当部門　：　学術部
	TEL：078—231—4151　　FAX：078—232—0548

〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫測定装置／エルジア・F300

特長：1.全自動タイプ　2.同時最大3項目　3.1ラウンド40テスト／50分
4.見やすいディスプレイを使用した優しい対話方式入力

〔取扱い商品〕

■臨床検査試薬

血液学関係試薬：血球計算用コントロール血球，ほか
血液凝固関係試薬：PT, APTT, フィブリノゲン，複合因子T, H, AT—III，FDP, PLG, 因子欠乏血漿，ほか
輸血検査関係試薬：血液型判定用血清（ABO式，Rh式，ほか），クームス血清，ほか
血清学関係試薬：HBV測定用，HCV測定用，AFP測定用，ほか
酵素免疫測定用試薬：エルジアシリーズ，エルジア・Fシリーズ
生化学関係試薬：酵素検査用，自動分析機用，コントロール血清，ほか
その他：染色関係試薬，一般検査関係試薬，検査室用洗剤

■臨床検査用機器

血液凝固分析装置：コアグレックス100，コアグレックス700
酵素免疫測定用機器：エルジア・オート，エルジア・F300，エルジアリーダー，エルジアウォッシャー
分注器，半自動ピペット：ラスメントシリーズ

コスモ株式会社

〒171 東京都豊島区南長崎1—9—18

設立年月日：	1970年12月
資本金：	700万円
代表者名：	雨宮 正剛
従業員数：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3952—9212　FAX：03—3952—9231

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動分析装置／FED—6400

特長：300検体／時間の長高速処理で，10000検体メモリー。低コストで，大幅な節約ができます。分画修正，精度管理等 画面上で簡単に操作できます。

〔取扱い商品〕

○全自動電気泳動分析装置
　FED—6400
　FED—3200
　FED—V

○デンシトメーター
　D—607 CRT付（3.5インチフロッピーディスク付）
　F—808（蛍光可）
　F—808—2（紫外可）
　D—101

○全自動洗浄機
　スーパーウォッシャーS—100N

株式会社コスモテック

〒101 東京都千代田区岩本町3—7—11

設立年月日：	昭和62年12月10日
資本金：	1,000万円
代表者名：	前田 義雄
従業員数：	8名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—5687—5787　FAX：03—5687—5980

〔展示主要商品〕

サンプリング分注希釈装置／BISTEQUE 605

特長：血球凝集反応，ELISAなどの血清分注からコントロール分注，試薬分注，希釈などの繁雑な分注工程を自動化するために，4連可変ピッチノズル機構（ピペッティング方式）を装備した，マイクロプレート専用分注装置です

〔取扱い商品〕

■自動分注希釈装置　BISTEQUE 105
　BISTEQUE 201
　BISTEQUE 202
　BISTEQUE 203
　BISTEQUE 601
　BISTEQUE 701
　BISTEQUE 801

■細胞転写・塗抹装置　CELTEQUE 101

小林記録紙株式会社

〒448 刈谷市小垣江町北高根115

設立年月日：	昭和21年4月1日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	小林 祥浩
従業員数：	1,900名
工場所在地：	〒448　：刈谷市小垣江町北高根115
	TEL：0556—21—5361
研究所所在地：	〒460　：名古屋市中区栄3－2－9 明治屋ビル4F
	TEL：052—262—6601
商品問合せ先：	担当部門　：　第1営業企画部医療グループ
	TEL：052—262—6601　FAX：052—251—5584

〔展示主要商品〕

ラベルプリンター／BP—200

特長：バーコードの他，漢字，英文字，数字，カタカナ等がプリントできますので理想的な検体ラベルを設計することができます。さらに印字速度が100mm／秒対応可能となりました。

〔取扱い商品〕

1. システム開発
   臨床検査システム
2. 自動分析装置オンライン接続用インターフェース機器
3. 臨床検査自動化システム用各種装置
   検体ラベル用バーコードプリンター BP—200
   検体ラベル自動貼り付け装置 VL—100
4. 医療用コンピュータ用紙，OMR，OCR 用紙，検体用ラベル各種
   検査依頼書，検査報告書，心電計脳波計用各種記録紙

サクラ精機株式会社

SAKURA

〒103 東京都中央区日本橋本町3－1－9

設立年月日：	明治4年2月
資本金：	9,900万円
代表者名：	代表取締役社長 綾田 昭二
従業員数：	250名
工場所在地：	〒387　：更埴市鋳物師屋75－5
	TEL：0262—72—2381
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル事業部
	TEL：03—3231—1610～1　FAX：03—3241—9869

〔展示主要商品〕

自動免疫組織染色装置／サクラ自動免疫組織染色装置

特長：本体操作パネルを介した対話方式の為，プログラム入力／操作が簡単です。4℃（オーバーナイト処理），室温処理，37℃（加温処理）の3段階から処理温度を選択できます。

〔取扱い商品〕

病理・電顕・細胞診・血液・血清等各種検査用機器，バイオテクノロジー関連機器，高圧蒸気滅菌装置（各種），中央材料室・手術室関連機器

三共株式会社

〒103 東京都中央区日本橋本町3－5－1

設立年月日：	大正2年3月
資本金：	409億円
代表者名：	河村 喜典
従業員数：	6,740名
工場所在地：	〒140　：東京都品川区広町1－2－58
	TEL：03－3492－3131
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：　〃
商品問合せ先：	担当部門　：　医療品部学術情報課
	TEL：03－5565－3603　FAX：03－3545－2986

〔展示主要商品〕

ルミノマスター搬送システム

特長：(1)前回値のある項目は自動希釈して測定します。(2)ディスポチップ使用によりバイオハザードを防止します。(3)検体の取り違え等を未然に防止します。(4)結果の迅速な報告は患者サービスの向上につながります。

〔取扱い商品〕

I．臨床検査薬

1．生化学検査用試薬
　CAPカラーテスト「三共」，LAP AKオート「三共」

2．血清免疫用試薬
　α－FPテスト「三共」，血中薬物濃度測定TDAシリーズ
　ヘパノスチカ類，バイロノスチカ，ルミノマスター専用試薬(14項目)

3．血液検査用試薬
　PT, APTT, FIB, ATIII, α_2PI－N, PLGオート「三共」
　TBテスト「三共」，HPテスト「三共」

4．一般検査用試薬　エームス製品

II．臨床検査用機器
　ルミノマスター，コアグマスターII，クリニテック類，
　タイド，アントセンス，クリニテックアトラス，DCA2000

III．病理検査用機器
　オート・スリッパー200，ミクロトームクリオスタット，
VIPM1500／M3000，TEC IV

三光純薬株式会社

〒101 東京都千代田区岩本町1－10－6

設立年月日：	1954年5月26日
資本金：	52億6,248万円
代表者名：	代表取締役社長 渡辺　瞭
従業員数：	310名
工場所在地：	〒300－11　：茨城県稲敷郡阿見町吉原3262－12
	TEL：0298－89－2241
研究所所在地：	〒273　：船橋市海神町2－3－21
	TEL：0474－34－8991
商品問合せ先：	担当部門　：　営業企画部
	TEL：03－3863－3271　FAX：03－3864－5644

〔展示主要商品〕

サンオート　ヘモ

特長：サンオートヘモは，蛍光酵素免疫測定法を測定原理としたフルオートシステムの便中ヒトヘモグロビン測定試薬です。

〔取扱い商品〕

〈試薬〉エイテストモノP－II，エイテストIgGRF，サンオートヘモ，ニューセロクリットHBs・抗HBs，ニューセロクリット抗HTLV－I，ニューセロクリットTP，アラスタットIgEシリーズ，輸血関連製品，トロンボテストオーレン，ヘパプラスチンテスト，アルブシュア，ニューエイテストATL，エイテストALTWB，サンテスト，片山AUシリーズ，EXAリキッドコントロール，サンテストAMY－N，バイオトラックテオフィリン，サンテスト液状試薬シリーズ，セパジーン，エス・クロン，クローニングメデューム，クラボウ正常ヒト細胞シリーズ，FBS（CCT・CCS）

〈機器・器具〉サンオートFE，ロボスタットIII，TH－50，TW－50，バイオトラック516，ピペットステーションSGRシリーズ，セーフティパル，サンクロットST，サンサーモPCR，サンサーモミニ，エクセルオートピペット，フォトB－Hメーター V型

株式会社 三和化学研究所

SKK

〒461 名古屋市東区東外堀町35

設立年月日：	昭和28年12月1日
資本金：	1億108万円
代表者名：	谷本 慶二（代表取締役社長）
従業員数：	1,411名
工場所在地：	〒486　：春日井市下条町1212—1〔名古屋工場〕
	TEL：0568—81—3148
研究所所在地：	〒511—04 ：〔三重研究所〕三重県員弁郡北勢町塩崎363
	TEL：0594—72—6221
商品問合せ先：	担当部門　：　試薬部
	TEL：052—951—8130　FAX：052—951—7650

〔展示主要商品〕

Lp（a）／イノテックLp（a）

特長：各種自動分析装置に適応可能／微粒子ラテックスを用いているため広範囲の測定が可能／試料の前処理（希釈）が不要／ELISA法との相関が良好

〔取扱い商品〕

イノテックLp(a)／ケトレックス「三和」／KETO—340II／ケトフィルム／ケトメーター／ケトンテストA「三和」／ケトンテストB「三和」／グルテストセンサー／グルテストE／HBs抗原テスト「三和」(Latex)／CRPテスト「三和」(Latex)／CRPテストA「三和」／CRPテストTA「三和」／H・RAテスト「三和」／アルブミンテスト「三和」(Latex)／AFPテスト「三和」(Latex)／U—テストII7／U—テストII5

シグマ精器株式会社

〒140 東京都品川区北品川1—22—17

設立年月日：	昭和57年7月15日
資本金：	1,140万円
代表者名：	岩田 昭嘉
従業員数：	20名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3474—9591　FAX：03—3474—9582

〔展示主要商品〕

自動採血管バーコードラベル／PREP—LAX

特長：入力されたデータに基づき，一患者毎採血管にバーコードを自動的に貼付け，同時に採血管指示表と手貼り用バーコードラベル6枚を，1人分のトレイで供給します。

〔取扱い商品〕

卓上型自動分注システム　PREP—AI
希釈機能付自動分注システム　PREP—AD
検体自動搬送ラインシステム　MSシステム
自動採血管バーコードラベル貼付装置　PREP—LAX
多機能血液凝固時間測定装置　バイオマティックB—10
多機能血液凝固時間測定装置　バイオマティックB—2000
自動赤血球沈降速度測定器　セディプラスS100
EIA検査用唾液採取器具　Orasure

SYSTEMS システムズ

〒222 横浜市港北区新横浜2－17－2 ナラビル7F

設立年月日：	昭和53年8月
資本金：	1,200万円
代表者名：	赤羽 脩
従業員数：	20名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　システム開発部
	TEL：045—474—7231　　FAX：045—474—2780

〔展示主要商品〕

臨床検査情報処理システム／LBNET—PC

特長：パソコンLANによる分散処理データベースによるデータの共有化，さらに，マルチタスクOSによる複数業務の同時処理が可能です。

〔取扱い商品〕

オフコンからパソコンまでの規模に応じた臨床検査システム，総合健診システムなどのアプリケーション・ソフトウェアの開発，および販売

○臨床検査システム（LBNET）

○総合健診システム（HELDIR）

ジーエルサイエンス株式会社

GL Sciences

〒160 東京都新宿区歌舞伎町2－4－10

設立年月日：	昭和43年2月1日
資本金：	6億3,463万円
代表者名：	取締役社長 森 憲司
従業員数：	316名
工場所在地：	〒960　　：福島市岡島字長岬5－3
	TEL：0245—33—2244
研究所所在地：	〒358　　：入間市狭山ケ原237－2
	TEL：0429—34—2121
商品問合せ先：	担当部門　：　本社営業部（その他最寄各営業所）
	TEL：03—5272—1611　　FAX：03—5272—1610

〔展示主要商品〕

固相抽出自動化装置，分注・希釈器／ダイリューター・ディスペンサー

特長：省力化を計りながらより正確に，より効率的に固相抽出を実現できるように設計された自動化装置です。血液，尿などの生体試料中の薬物，食品中の残留農薬分析等に適用されます。

〔取扱い商品〕

ガスクロマトグラフと高速液体クロマトグラフの装置，周辺装置，部品類，GCキャピラリーカラム，GC充填剤，HPLC充填剤，HPLC分析分取カラム。固相抽出製品，環境分析機器，システム装置，分光用セル各種

⊕島津製作所

〒604 京都市中京区西ノ京桑原町1

設立年月日：	大正6年（1917）9月
資本金：	約168億円
代表者名：	藤原 菊男
従業員数：	4,300名
工場所在地：	〒604　：京都市中京区西ノ京桑原町1
	TEL：075—823—1109
研究所所在地：	〒619—02　：京都府相楽郡精華町大字乾谷小字砂ケ谷
	TEL：07749—5—1600
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル計測機器部
	TEL：075—823—1356　FAX：075—823—1368

〔展示主要商品〕

自動生化学分析装置／CL—7300

特長：ルーチン検査はもとより迅速検査にも最適。シングルマルチの特長をそのままに，より高速，多項目化，検査のトータルシステムとしての機能を備えた最新鋭機です。

〔取扱い商品〕

当社が送り出す数々の高技術機器は，最先端技術を生み出す研究室で，人々の健康を守る医療の現場で，絶えず進化をつづける産業の分野で，ますます複雑化する情報化社会の舞台で，航空宇宙という夢に満ちた新しい領域でそれぞれ多くの成果をもたらし，各方面から多大な評価を得ています。

・分析測定機器　・試験検査機器　・プロセスオートメーション機器　・医用機器　・バイオテクノロジー機器　・産業機器　・バイオプロダクツ　・航空宇宙機器　・オプトエレクトロニクスデバイス

株式会社 常光

〒113 東京都文京区本郷3—19—4

設立年月日：	昭和23年12月9日
資本金：	1億5,000万円
代表者名：	服部 精一
従業員数：	350名
工場所在地：	〒439　：静岡県小笠郡菊川町西方154
	TEL：0537—36—1577
研究所所在地：	〒213　：川崎市高津区宇奈根731—1
	TEL：044—811—9211
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部
	TEL：03—3815—1717　FAX：03—3815—1759

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動装置／CTE—1000

特長：100検体／時間の高速処理で大巾な時間の節約ができます。分画修正，精度管理（日内，日差変動）等が画面上で簡単に操作できます。M—蛋白自動画像解析システムが組み込め，病態診断が出来ます。

〔取扱い商品〕

- ●電気泳動装置　：全自動電気泳動装置 CTE—5000，CTE—1000
  CTE—700，CTE—150
  デンシトメータ　デンシトロン CR—20，20HR
- ●生理関連装置　：全自動血液ガス分析装置 JBA—200，JBA—7
  JBA—150K
- ●電解質分析装置　：Na^+，K^+，Cl^-アナライザ IS—200，
  IS—100，IS—50C
  Na^+，K^+，Li^+アナライザ IS—50L
- ●グリコ Hb 分析装置：グリコヘモグロビン A_{1C} アナライザ HS—10，8
- ●診断試薬　：リポ蛋白精度分画測定　リポフォー，LDH 試薬
  アルフォス精密分画測定　アルフォー，アポE試薬
- ●健康管理関連装置：自動身長体重計 HWS—200

真興交易株式会社

〒106 東京都港区南麻布2－8－18

設立年月日：	昭和40年5月
資本金：	1,500万円
代表者名：	代表取締役 橋内 千一
従業員数：	50名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3456—0072　　FAX：03—3456—3771

〔展示主要商品〕

血液ガス・電解質分析装置／スタット・プロファイル5

特長：血液ガス分析・電解質・グルコースを1回の操作で計10項目測定出き，緊急検査に最適な分析装置です。

〔取扱い商品〕

○米国ノバ・バイオメディカル社製
　全自動血液ガス・電解質分析装置，スタット・プロファイルシリーズ
○ドイツ　クナウァー社製
　浸透圧計
○医学書出版

新星化成株式会社

〒162 東京都新宿区早稲田鶴巻町111　福田ビル301号

設立年月日：	昭和50年6月30日
資本金：	1,000万円
代表者名：	小田 隆治
従業員数：	5名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3984—4022　　FAX：03—4984—4022

〔展示主要商品〕

サンプリングチューブ，沈渣用スピッツ，万能検体容器

特長：○透明なので血清が大変見やすい　○遠心分離器4000回転　○凍結保存用，その他　径：14.9mm，長さ46.0mm

〔取扱い商品〕

スピッツ，採血管，採尿管20cc，8cc，2cc，サンプルカップ1cc，サンプリングチューブ，二分画シャーレー，浅型シャーレー，深型シャーレー，キャップレスラック等々。

住友製薬

〒541 大阪市中央区道修町2－2－8

設立年月日：	昭和59年2月6日
資本金：	80億円
代表者名：	進　功
従業員数：	2,100名
工場所在地：	〒567　：茨木市蔵垣内1－3－45
	TEL：0276－27－8112
研究所所在地：	〒554　：大阪市此花区春日出中3－1－98
	TEL：06－466－5183
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬機器部
	TEL：03－5280－6641　FAX：03－5280－6640

〔展示主要商品〕

液状免疫コントロール血清／アクエック－10

特長：I.液状なので溶解誤差がなく，無駄なく使用できる。II.長期間安定です。III.10項目（RFおよびASOを含む）がコントロールされています。

〔取扱い商品〕

I．液状免疫コントロール血清：アクエック－10
　アクエック－タイプII
II．尿中HGH測定キット　：ピコイアHGHプレート
III．梅毒血清診断用キット　：カーボン法抗原キット〈住友〉
　カーボン法抗原〈住友〉
　ガラス板法抗原
　凝集抗原
IV．ベックマン試薬　：ASTRA用試薬
　Array用試薬
　CX－3，4，5，7用試薬
　E3A，E4A用試薬
　EL－ISE用試薬

積水化学工業株式会社

〒530 大阪市北区西天満2－4－4

設立年月日：	昭和22年3月3日
資本金：	999億円（1993年3月3日現在）
代表者名：	西澤　進
従業員数：	5,913名（1993年3月3月現在）
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒618　：大阪府三島郡島本町百山2－1
	TEL：075－962－8815
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル事業部
	TEL：06－365－4157　FAX：06－365－4162

〔展示主要商品〕

真空採血管／インセパック

特長：①強く割れないPET素材が検体を破損から守り，感染の危険を防止します。②凝固完了が早く，スピーディな検査を実現します。③高い血清分離・隔壁機能が，デカンテーションによる血清採取や，長期保存，輸送を可能にしました。④自動検査装置に直接セットでき，廃棄も簡単です。

〔取扱い商品〕

抗TP抗体測定試験（メディエースTPLA）
　梅毒抗体測定用ラテックス試薬。自動分析用試薬で1検体測定時間は，10分。梅毒抗体価を高感度でかつ連続数値で測定が可能

株式会社 セコニック

〒178 東京都練馬区大泉学園町7—24—14

設立年月日：	昭和26年6月16日
資本金：	15億327万円
代表者名：	仁科 義男
従業員数：	525名
工場所在地：	〒399—86 ：長野県北安曇郡池田町大字池田2714
	TEL：0261—62—9600
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 入力機器営業部
	TEL：03—3978—2332 FAX：03—3922—2144

〔展示主要商品〕

OCR／SCR—802

特長：手書きの漢字，カナ，アルファベット，数字等の読取が可能。RS—232C接続によりコンピュータを選ばず汎用性が高い。ANK文字で約40文字／秒の高速処理タイプ。マークチェック機能内蔵

〔取扱い商品〕

乾式複写機オプション
単体露出計
光学式マーク読取装置（OMR）
光学式文字読取装置（OCR）
記録計
束線
マグネットクラッチ
回路基板実装
エレクトロ・ルミネッセンス（EL）

株式会社 セロテック

〒062 札幌市豊平区月寒中央通5—1—10

設立年月日：	昭和56年5月
資本金：	9,800万円
代表者名：	廻谷 靖生
従業員数：	87名
工場所在地：	〒066 ：千歳市泉沢1007—67
	TEL：0123—28—2121
研究所所在地：	〒069 ：江別市東野幌132—1
	TEL：011—383—3431
商品問合せ先：	担当部門 ： 業務部
	TEL：011—855—1131 FAX：011—855—0143

〔展示主要商品〕

尿素窒素測定用／UN—U

特長：①特異性に優れております。②試薬溶解度の安定性（2～10℃）1カ月間 ③内因性アンモニアの影響は受けません。④直線性に優れ，高濃度測定可能です。⑤血清，尿検体各種自動分析機への適応が可能です。

〔取扱い商品〕

■生化学検査試薬
UNシリーズ（アンモニア消去），CRE—L，AMY—R(S)，TG—Lその他多項目各種自動分析機装置に適応できます。

■血清検査試薬
LATシリーズ（CRP, ASO, RA）

■細菌，真菌検査用製品
CT寒天生培地，CT／B寒天生培地，コロノテスト，ケミプレート，MNストリップ（偏性嫌気性菌鑑別用），β—ラクタマーゼ検出ディスク他

■精度管理用製品
コントロールN，E
リピッド—S（脂質用管理血清）他

株式会社セントラル科学貿易

〒111 東京都台東区柳橋1－8－1

設立年月日：	昭和42年6月20日
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役社長 伊東 謙三
従業員数：	70名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカルサイエンス部
	TEL：03—5820—1509　　FAX：03—5820—1515

〔展示主要商品〕

電解質分析装置／高速電解質分析装置 PVA—αIII

特長：Na^+，K^+ は高品位クラウンエーテル膜使用，Cl^- は新型滴定法採用。尿や透析サンプルも無理なく測定できます。Br^-，I^- 等ハロゲンイオンの影響も殆ど心配要りません。ルーチン（180s/h）とスタット対応。

〔取扱い商品〕

- 電解質分析装置　PVA—mini
- APEC　グルコースアナライザー
- ヘマトスタット　C—70
- RCS　エアサンプラー

セントラルメディカルサプライ株式会社

〒310 水戸市白梅3－4－15

設立年月日：	昭和57年9月
資本金：	1,000万円
代表者名：	久保田 啓蔵
従業員数：	7名
工場所在地：	〒310　　：水戸市白梅3－4－15
	TEL：0292—27—3555
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業課
	TEL：0292—27—3555　　FAX：0292—28—2360

〔展示主要商品〕

全自動培地作成装置／CHK—5

特長：細菌培養に使用する培地類，マル型，二分画型，角型シャーレに自動的に分注，1時間250枚作製可能，殺菌環境下で分注の為，初めての方にも操作が容易。

〔取扱い商品〕

1. 医療器械および器材全般
2. 臨床検査試薬類

株式会社ダイアヤトロン

〒101 東京都千代田区東神田2－1－11

設立年月日：	昭和56年8月22日
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役社長 内藤 修
従業員数：	215名
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 技術統括部門 学術部 学術課
	TEL：03—3863—6241 FAX：03—3863—6278

〔展示主要商品〕

発光免疫測定装置ルミクイック／JIA—FS150

特長：〔高感度〕化学発光免疫測定，フォトンカウンティング法の採用。〔短時間〕小粒径ビーズ，撹拌方式の革新による13分間測定。〔全自動〕ディスポチップ，カートリッジ使用による感染リスクの低減。
以上の特長をいかした専用試薬「ルミセンス」。HBs抗原，抗体をはじめとする感染症マーカーよりラインナップする。

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬 ヤトロン社製 キット試薬・各種自動分析機用 生化学および免疫血清検査試薬
■全自動発光免疫測定装置 日本電子社製 ルミクイック・専用試薬 ルミセンス
■全自動免疫血清検査システム 三菱化成社製 LPIA—200
■分析用器具 ドイツ・エッペンドルフ社製 ピペット・遠心分離機・他
■分析用機械 ヤトロン社製 TLC／FIDイアトロスキャンMK—5
■その他 研究用試薬・病理検査用各種抗体・細胞保存液・他

第一化学薬品株式会社

〒103 東京都中央区日本橋3—13—5 第26興和ビル

設立年月日：	昭和22年7月10日
資本金：	12億7,525万円
代表者名：	國吉 家治
従業員数：	850名
工場所在地：	〒301 ：龍ヶ崎市向陽台3—3—1
	TEL：0297—62—7551
研究所所在地：	〒130 ：東京都墨田区業平5—5—12
	TEL：03—3624—3418
商品問合せ先：	担当部門 ： 臨床検査薬営業部 営業企画課
	TEL：03—3272—0681 FAX：03—3281—0510

〔展示主要商品〕

CLEIA／Accessイムノアッセイアナライザー

特長：磁性マイクロビーズを固相とし，発光基質にLumigen® PPD（ジオキセタン誘導体）を使用した化学発光免疫測定法を用い，全自動コンティニュアスランダムアクセス，バッチ測定，緊急測定が可能。ソフト面ではQCプログラムや自己診断機能を内蔵。試薬は液状で項目ごとの一体化試薬パック形式。

〔取扱い商品〕

血清中アポリポ蛋白測定用：アポA—Ⅰ，A—Ⅱ，B，C—Ⅱ，C—Ⅲ，Eオート「第一」 血清中胆汁酸測定用：エンザバイル・オート 血漿中ATⅢ，α_2PI，PLG，プロテインC測定用：テストチームATⅢオート，APLオートA，APLオートB，PLGオート，プロテインC 自動分析装置用試薬：クリニメイト，ピュアオート，オートセラ 血清中免疫グロブリンG，A，M測定用：イムノテスタIgC—2，IgA—2，IgM—2 血清中補体蛋白C_3，C_4測定用：イムノテスタC_3，C_4 血清中Ⅳ型コラーゲン測定用：パナッセイⅣ・C 血清中HDL—C測定用：HDL—C—2「第一」 薬物血中濃度測定用：エミットS 糞便中ヒトヘモグロビン検出用：ヘモテスタ 糞便中ロタウイルス，アデノウイルス検出用：ロタ—アデノドライ HSV1／HSV2，クラミジアトラコマチス検出用：マイクロトラックヘルペスダイレクトテスタ，マイクロトラッククラミジアトラコマチスダイレクトテスト

ダイキン工業株式会社

〒530 大阪市北区中崎西2－4－12 梅田センタービル

設立年月日：	大正13年10月
資本金：	280億円
代表者名：	山田 稔
従業員数：	8,680名
工場所在地：	〒525 ：草津市岡本町字大谷1000－2
	TEL：0775－63－1151
研究所所在地：	〒305 ：つくば市御幸が丘3番地
	TEL：0298－58－5001
商品問合せ先：	担当部門 ： ME部 マーケティング課
	TEL：06－373－1201 FAX：06－373－3292

〔展示主要商品〕

全自動蛍光免疫測定装置／エバネット EV20

特長：少数検体のルーチンはもとより迅速検査に役立つ測定装置です。セットしてボタンを押すだけの簡単操作，全血測定対応で測定結果が10分～20分で得られます。

ダイナボット株式会社

DAINABOT

〒105 東京都港区虎ノ門3－8－21 第33森ビル

設立年月日：	昭和58年9月1日（創業 昭和37年2月15日）
資本金：	22億6,700万円
代表者名：	トム・ワトキンス
従業員数：	1,250名
工場所在地：	〒 ：松戸工場：〒271 松戸市稔台344 ：松戸第二工場：〒270 松戸市松飛台278
	TEL：0473－62－2177／0473－85－2211
研究所所在地：	〒271 ：松戸市稔台344
	TEL：0473－62－2177
商品問合せ先：	担当部門 ： カストマーサポートセンター
	TEL：0120－031441 FAX：

〔展示主要商品〕

全自動免疫測定装置／AxSYM アナライザー

特長：AxSYM アナライザーはランダムアクセスはもちろんのこと，コンティニュアスアクセスが可能な全自動，同時多項目処理システムです。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査：IMX, D－WORX（がん関連，ウィルス肝炎関連，感染症，ホルモン検査試薬等）

■薬物血中濃度モニタリングシステム
TDXFLX システム：（薬物，ホルモン，生化学／血漿蛋白）

■全自動血液学分析装置：セルダインアナライザー3500SL
（白血球5分類を含む22項目に対応）

■即時検査システム：VISION アナライザー（生化学他24項目に対応）

■イムノクロマトグラフィーによる HBs 検査
ダイナスクリーン・HBsAg

橘電気株式会社

〒114 東京都北区田端1—16—13

設立年月日：	昭和28年12月
資本金：	2億円
代表者名：	小林 茂
従業員数：	140名
工場所在地：	〒114 ：東京都北区田端1—16—13
	TEL：03—3828—6131
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 開発営業部
	TEL：03—3828—6131 FAX：03—3828—6138

〔展示主要商品〕

臨床検査迅速LANシステム／オーダリングシステム／健診

特長：1.NetWareによるPCネットワーク 2.迅速・即応対応 3.オーダリングシステム 4.ドクター支援 5.迅速Fax自動返却

〔取扱い商品〕

1. PC—LAN迅速臨床検査システム
2. PC—LANオーダリングシステム
3. 迅速Fax自動返却システム
4. 医療画像管理システム
5. 健診システム
6. 細菌検査システム
7. 病理・細胞診検査システム
8. 尿一般検査システム
9. 輸血検査システム
10. ドクター支援システム
11. 請求事務処理システム

大日本製薬株式会社

〒541 大阪市中央区道修町2—6—8

設立年月日：	1897年5月14日
資本金：	134億3,900万円
代表者名：	渡守武 健
従業員数：	約2,700名
工場所在地：	〒553 ：大阪市福島区海老江1—5—51
	TEL：06—454—8151
研究所所在地：	〒564 ：吹田市江の木町33—94
	TEL：06—337—5876
商品問合せ先：	担当部門 ： ラボラトリープロダクツ部
	TEL：06—386—2164 FAX：06—337—1606

〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫装置／OMNI

特長：96穴マイクロプレート用全自動酵素免疫測定装置です。パラメーターを設定することにより，ELISA法のあらゆるキットを処理することが可能です。

〔取扱い商品〕

96穴マイクロプレート用光度計 ：iEMSリーダーMF
マルチスキャンマルチソフト
マルチスキャンバイクロマティック

96穴マイクロプレート用化学・生物発光測定装置：ルミノスキャン

96穴マイクロプレート用蛍光光度計：フルオロスキャンII

96穴マイクロプレート用分注装置 ：マルチドロップ

微生物全自動増殖解析システム ：バイオスクリーンCシステム

DAKO ダコ・ジャパン株式会社

〒600 京都市下京区四条通西洞院入　ヒラオカビル

設立年月日：	昭和62年9月16日
資本金：	8,000万円
代表者名：	代表取締役副社長 小畑 勝利
従業員数：	42名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒600　　：京都市下京区四条通西洞院入　ヒラオカビル
	TEL：075—211—3655
商品問合せ先：	担当部門　：　京都市下京区四条通西洞院入　ヒラオカビル
	TEL：075—211—3655　　FAX：075—211—1755

〔展示主要商品〕

各種ポリクローナル／モノクローナル抗体

特長：OEM・バルク用，免疫学的診断用及び研究用試薬

〔取扱い商品〕

免疫組織化学染色用試薬（LSAB法，ABC法，PAP法，EPOS法等関連試薬）。OEM及びバルク抗体。ELISA用キット（OEM用）。コントロール血清及びキャリブレーター類。比濁法及びネフェロメトリーの関連試薬及び特異抗体資料（各種自動分析機用の免疫関連試薬，OEM用）。特異抗原（CEA，AFP等精製抗原）。免疫電気泳動用試薬（グレーバー・ウィリアムス法，免疫沈降法，ロケット電気泳動法及び免疫固定法等関連試薬及び特異抗体）。フローサイトメトリー用試薬。In—Situ Hybridization用試薬（特異プローブ，発色キット及び関連試薬）。

CIBA·CORNING チバ・コーニング・ダイアグノスティックス株式会社

〒150 東京都渋谷区恵比寿1—19—15 ウノサワ東急ビル

設立年月日：	1983年（昭和58年）9月1日
資本金：	9億円
代表者名：	江頭 又助
従業員数：	212名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　各営業所へお願いします。
	TEL：巻末住所録参照　　FAX：

〔展示主要商品〕

全自動免疫反応測定装置／ケミルミアナライザー ACS180

特長：全自動タイプなので，操作が簡単で，結果打出しまで15分で済む。1時間に180テストの処理ができる。測定項目：甲状腺，婦人科，心臓，貧血，腫瘍マーカー関連。さらにアレルギー・血中薬物関連。

〔取扱い商品〕

■全自動pH／血液ガス電解質分析装置　288，850
■全自動pH／血液ガス分析装置　280，278，248
■全自動電解質分析装置　664（Na／K／Cl／TCO_2）
■自動電解質アナライザー
　654（Na／K／Li），644（Na／K／Cl），634（Ca^{++}／pH）
■自動炎光光度計　480　■クロライドメーター　925
■ベンチトップ型自動分析装置　エクスプレス プラス
■ケミルミアナライザー　ACS180，試薬
■ELISA　マス・スクリーニング・キット
　N—17α—OHP，N—TSH，N—FT4，N—コルチゾール
■蛍光／可視デンシトメーター　790
■アガロース電気泳動システム

TECAN. テカン ジャパン株式会社

〒183 府中市八幡町2—26—3

設立年月日：	1992年4月21日
資本金：	3,000万円
代表者名：	赤塚 重治
従業員数：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：0423—34—1790　FAX：0423—34—0401

〔展示主要商品〕

高速精密分注装置／TECAN メガフレックス

特長：4本のプローブが各々液面センサーを持ち，プローブ間隔が自在に変化させられます。4サンプルを同時にとり分注するため処理スピードが1800検体／時と高速です。

〔取扱い商品〕

TECAN AG（スイス）
　高速精密分注装置
　　メガフレックス　RSP—8000シリーズ
　　RSP—5000シリーズ
SLT（オーストリア・テカングループ）
　EIA リーダー：スペクトラ
　蛍光リーダー：フルオスター（マイクロプレート対応）
　ウエスタンブロット・アナライザー：プロフィブロット
CAVRO
　卓上型ダイリューター：IQ—190
　手動ピペッター：キャブロピペッター

TMC 株式会社テクノメディカ

〒213 川崎市高津区溝ノ口1215—1

設立年月日：	昭和62年9月
資本金：	1億1千万円
代表者名：	實吉 繁幸
従業員数：	50名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒213　：川崎市高津区坂戸3—2—1 KSP東棟502
	TEL：044—819—2432
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：044—812—1220　FAX：044—812—1219

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC—ROBO—530

特長：ホストコンピューター等の指示に基づき自動的に採血管を選択し，所定のバーコードや患者情報をラベルに印刷し，貼付します。通常1時間120人分の採血準備ができ，採血管は16種類まで対応できます。

〔取扱い商品〕

・電解質測定装置　STAX—1
・血液ガス測定装置　GASTAT—1
　GASTAT—2
　GASTAT—3
・赤血球沈降速度測定装置　ESR—1000
　ESR—6000
・尿中デルタアミノレブリン酸自動分析装置　Amlex—60
・採血管準備システム　BC—ROBO—510
　BC—ROBO—520
　BC—ROBO—530

TERAMECS テラメックス株式会社

〒612 京都市伏見区竹田桶ノ井町45－3

設立年月日：	昭和61年2月1日
資本金：	4,000万円
代表者名：	近藤 義昭
従業員数：	45名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部
	TEL：03－5481－2777　　FAX：03－3419－7693

〔展示主要商品〕

電極式電解質測定装置／Easy シリーズ

特長：操作が簡単で，メンテナンスフリーの電解質測定装置。試薬と廃液容器を一体化パックに。簡単な電極交換。検体や廃液に触れない安全設計。経済的な試薬コスト。サンプラーに取り付けると連続分析装置となる。

〔取扱い商品〕

電極式電解質測定装置

- Easy：Na／K 測定装置
- Easy PLUS：Na／K／Cl 測定装置
- Easy－Li：Na／K／Li 測定装置
- Easy－Ca：Na／K／Ca 測定装置

セルフモニタリング試薬

- アキュメーター：ワンステップ総コレステロール測定試薬
- ラピカ：ワンステップ妊娠診断用試薬

テルモ株式会社

〒151 東京都渋谷区幡ヶ谷2－44－1

設立年月日：	1921年9月17日
資本金：	193億円
代表者名：	取締役社長 阿久津 哲造
従業員数：	3,543名（テルモグループ4,554名）
工場所在地：	〒409－38　：山梨県中巨摩郡昭和町築地新居1727－1
	TEL：0552－75－7111
研究所所在地：	〒259－01　：神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1500
	TEL：0465－81－4112
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティンググループ医療機器部医療器課
	TEL：03－3374－8186　　FAX：03－3374－8209

〔展示主要商品〕

真空採血システム／ベノジェクトII

特長：採血から廃棄まで一貫して検査業務がクローズドの状態で行えることで，血液感染のリスクを軽減できる。またフィルムシール栓の採用により，検査業務の省力化につながる。

〔取扱い商品〕

輸液剤・血液バッグ等の医薬品，各種ディスポーザブル医療器具，人工臓器，ME 機器等の医療用機器および，電子体温計，電子血圧計等の在宅健康管理商品の製造・販売

デュポン株式会社

〒153 東京都目黒区下目黒1－8－1 アルコタワー

設立年月日：	昭和36年1月
資本金：	182億円
代表者名：	今道 明
従業員数：	950名
工場所在地：	〒　　：宇都宮市
	TEL：0286－67－5211
研究所所在地：	〒223　　：横浜市港北区新吉田町4997
	TEL：045－593－4196
商品問合せ先：	担当部門　：　診断製品部
	TEL：03－5421－1357　　FAX：03－5421－1363

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／aca, DIMENSION

特長：aca：簡単な操作で70項目をランダムアクセスで測定。
DIMENSION：acaの機能とコストパフォーマンスを同時に実現

〔取扱い商品〕

エンジニアリングプラスチック，工業用及び衣料用繊維，不織布，化成品，有機薬品，酸化チタン，塗料，逆浸透圧透過装置，工業用フィルム，工業用X線フィルム，電子材料，回路基板材料，コネクタ，光通信用製品システム，農薬，臨床用自動化学分析装置，医療用関連製品・医薬品，医療用X線フィルム，写真製版・印刷及び工業感光材製品，消費者向製品，など

生研 デンカ生研株式会社

〒103 東京都中央区日本橋兜町12－1

設立年月日：	昭和25年2月11日
資本金：	1億80万円
代表者名：	取締役社長 西村 雄彦
従業員数：	337名
工場所在地：	〒959－16　：五泉市南本町1－2－2
	TEL：0250－43－4111
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　試薬営業部 営業技術課
	TEL：03－3669－9091　　FAX：03－3664－1005

〔展示主要商品〕

無調製液状試薬シリーズ／GOT－JS, GPT－JS 他

特長：1.調製不要，2.JSCC勧告法準拠試薬，3.長期安定，4.各種自動分析装置への適応可

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」
　TP, ALB, UN, CRTN, UA, GLU, T－CHO(N), F－CHO(N),
　TG(II)，FG－TG(II)，SA, Ca, Mg（酵素法）
　GOT, GPT, LDH ALP（液状），CPK, AMY, CHE
ラテックス試薬シリーズ
　CRP, RF, ASO, AFP, BMG, BMG(II)，Mb
　IgE, FER
TIA試薬シリーズ
　IgG, IgM, IgA, C3，C4，U－ALB

Sysmex 東亞医用電子株式会社

〒650 神戸市中央区港島中町7－2－1

設立年月日：	昭和43年2月21日
資本金：	14億9,290万円
代表者名：	代表取締役社長 橋本 禮造
従業員数：	970名
工場所在地：	〒675　：加古川市野口町北野314－2
	TEL：0794－24－1171
研究所所在地：	〒651－22　：神戸市西区高塚台4－4－4
	TEL：078－991－1911（代）
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部，販売推進課
	TEL：078－303－5681(直通)　FAX：078－303－4635

〔展示主要商品〕

総合血液検査システム／HSトランスポーテーションシステム

特長：本製品は，血球計数，白血球分離，網赤血球測定，塗抹標本の作成を，オーダーに従って連続で自動処理できる総合的な血液検査システムであり，血液検査の効率化に有用である。

〔取扱い商品〕

総合血液検査システム，多項目自動血球分析装置，自動網赤血球測定装置，多項目自動血球計数装置，自動血球計数装置，血液検査用データ処理装置，全自動血液凝固測定装置，血液凝固検査用試薬，免疫凝集測定装置，専用試薬，自動尿沈渣分析装置，尿検査用データ処理装置

学校法人 東京医薬専門学校

〒134 東京都江戸川区東葛西6－5－12

設立年月日：	昭和54年4月1日
法人名：	学校法人　滋慶学園
代表者名：	理事長　浮舟 邦彦
学生数：	1,260名（1～3年生）
	：〒　：
	TEL：
	：〒　：
問合せ先：	担当部門　：　就職対策室
	TEL：03－3688－6161　FAX：03－3688－6169

〔建学の理念〕

① 実学教育　② 人間性教育　③ 国際性教育

本校の建学の理念は，上記の如く三つの理念を持ち全ての教育に対してこの理念をベースに組立てています。そして，産業界の望む人材育成に際し出来るだけ多くの実学教育をとりこみ技術力の向上に取組んでいます。

〔設置学科〕

○医用電子科（2年制）医療機器は，ハイテク技術の進歩が著しく，それだけに医学と工学の知識を併せもつメディカルエンジニア（ME）の存在はますます重要になってきました。本科はME企業など医療の最前線で活躍するME技術者を育成しています。

○医療情報科（2年制）医療とコンピュータ。両方の知識を併せもつ，スペシャリストの育成

○医療秘書科（2年制）医療秘書と医療ソーシャルワーカのプロを育成

○医療言語聴覚士科（3年制）

以上，医学系学科で，化学系学科としては下記3学科をもっています。

○薬業科（2年制）　○生命工学技術科（3年制）

○環境科学科（3年制）

TOSHIBA 東芝メディカル株式会社

〒113 東京都文京区本郷3—26—5

設立年月日：	昭和23年9月23日設立
資本金：	20億6,096万円
代表者名：	取締役社長 栗原 重泰
従業員数：	1,305名（平成6年4月1日現在）
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　検体営業部
	TEL：03—3818—2171　　FAX：03—3816—4990

〔展示主要商品〕

自動分析装置／TBA—80FR

特長：①同時測定項目数最大50　②処理速度800テスト／時　③ワンキースタット機能　④フレックスレート法　⑤自動希釈機能　⑥自動再検機能

〔取扱い商品〕

○検体検査装置　　各種自動化学分析装置，臨床検査システム　他
○X線診断装置　　X線テレビ装置，一般診断用装置，循環器総合診断システム　他
○コンピュータX線断層診断装置　ヘリカルCTスキャナ　他
○磁気共鳴イメージング装置　超電導MRIシステム　他
○放射線治療装置　　医用ライナック，RI治療装置　他
○核医学装置　　デジタルガンマカメラ，SPECT，医用画像処理システム　他
○超音波診断装置
○電子内視鏡
○結石破砕装置　　○表在性治療装置
○医用情報システム

東ソー株式会社

TOSOH

〒104 東京都中央区京橋3—2—4

設立年月日：	昭和10年2月11日
資本金：	400億円
代表者名：	田代　圓
従業員数：	4,600名
工場所在地：	〒746　　：山口県新南陽市開成町4560
	TEL：0834—63—0011
研究所所在地：	〒252　　：綾瀬市早川2743—1
	TEL：0467—77—2211
商品問合せ先：	担当部門　：　科学計測事業部 営業部
	TEL：03—3275—1221　　FAX：03—3275—1699

〔展示主要商品〕

東ソー全自動1,5AG分析計／HLC—727AG

特長：1.高感度フローインジェクション比色方式の採用により，低濃度領域まで高感度に測定できます。2.溶血，乳び，マルトース，グルコースなどの妨害物質の影響が無く，高精度に再現性よく測定できます。

〔取扱い商品〕

全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA—1200XL，AIA—600），東ソー全自動1,5AG分析計（HLC—727AG），東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC—725CA），全自動VMA／HVA分析計（HLC—726VMA），マイクロプレートリーダ（MPR—A4iII）

オフィスコンピュータ & 臨床検査システムは——

富田システムズ株式会社

〒105 東京都港区浜松町2—2—5

設立年月日：	昭和56年2月22日
資本金：	2,000万円
代表者名：	赤澤 治行
従業員数：	16名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：0120—44—8086　　FAX：03—5472—8796

〔展示主要商品〕

臨床検査データ処理システム／クリニステーション

特長：尿沈渣入力用ノートPCから，中央検査室全体のトータルLANシステムまでカバーする。バーコードプリンター，OCR，OMR，病院ホスト等との接続も容易。高コストパフォーマンス

〔取扱い商品〕

尿沈渣ノートPC（CS—02U），血液像分類カウンターノートPC（CS—02B），省スペースノート型臨床検査データ処理システム（CS—12x），汎用型臨床検査データ処理システム（CS—22x），キーボード入力不要の緊急検査データ処理システム（CS—32E），マウスによる項目選択・バーコードスキャンによる報告書印字等……，微生物検査データ処理システム（CS—32V），MRSA統計を始め各種統計処理ソフトが充実・Windows版により初めての人にも簡単，診療部への至急報告プリンター，FAX送信システム，OCR・OMRによる依頼入力システム，バーコードプリンター，バーコードリーダ，病院ホストコンピュータとの接続。

TOYOBO 東洋紡エンジニアリング株式会社

〒530 大阪市北区堂島2—1—16 フジタ東洋紡ビル9F

設立年月日：	昭和47年7月10日
資本金：	1億2,000万円
代表者名：	有田 生雄
従業員数：	180名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　科学機器事業部
	TEL：06—348—3357　　FAX：06—348—9455

〔展示主要商品〕

全自動検体分注システム／ガーディアンSP—1，2

特長：プローブ方式及びチップ方式（新製品）の分注器で，約600検体／時間の処理能力を有しています。プローブ方式の場合の洗浄も3種類と豊富で，キャリーオーバーを最少限にします。他のオプションも多種有り。

〔取扱い商品〕

1. RO純水製造装置　「DIAROPURE」
   ①小型ラボ・臨床検査用　（TROシリーズ）
   ②大型病院セントラル用　（DPUシリーズ）
   ③洗浄用　（PCシリーズ）
2. 全自動蒸留水製造装置　「DIASTILL」DW—18III
3. 全自動検体分注装置　ケンブル社製（英国）
   ①ガーディアン（プローブタイプ）
   ②チップガーディアン（ディスポチップタイプ）
4. マルチピペッティングシステム　マトリックス社（米国）
   ①8，12チャンネル式電動コードレス分注器
   ②　〃　式チップ間隔可変分注器
   ③　〃　式電動分注器

TOYOBO 東洋紡 東洋紡績株式会社

〒530 大阪市北区堂島浜2－2－8

設立年月日：	1914年6月1日
資本金：	433億円
代表者名：	取締役社長 柴田 稔
従業員数：	8,000名
工場所在地：	〒914 ：敦賀市東洋町10—24
	TEL：0770—22—7641
研究所所在地：	〒914 ：敦賀市東洋町10—24
	TEL：0770—22—7643
商品問合せ先：	担当部門 ： 生化学事業部 診断薬グループ
	TEL：06—348—3333 FAX：06—348—3833

〔展示主要商品〕

ドライ免疫装置／ID—1000

特長：1)フィルターを固相としたEIA法です。2)6分間で測定結果が得られます。3)ng/ml の測定が可能です。4)検体廃液が出ない。5)試薬類の順次滴下で測定ができます。

〔取扱い商品〕

- ドライ免疫装置：ID—1000
- 自動グルコース分析器：ダイヤグルカ HEK—30
- ラクテートアナライザー：HEK—30 L

東レ株式会社

〒103 東京都中央区日本橋室町2－2－1

設立年月日：	1926年1月
資本金：	952億7,200万円
代表者名：	前田 勝之助
従業員数：	10,382名
工場所在地：	〒520 ：大津市園山1－1－1 他11工場
	TEL：0775—33—8020
研究所所在地：	〒520 ：大津市園山1－1－1 他14施設
	TEL：0775—33—8020
商品問合せ先：	担当部門 ： 医療機器事業部
	TEL：03—3245—5790 FAX：03—3245—5791

〔展示主要商品〕

自動血液型判定機／TORAYMAC GR

特長：1.大幅な省力化を実現
2.画像解析による高速判定
3.判定開始時間の短縮

〔取扱い商品〕

1. LP1200自動分注機
2. LP1200自動読取機
3. 自動血液型判定機 TORAYMAC GR
4. HLA血清自動分注機 TAD450
5. 自動ウイルス検査機 TORAYMAC VR（承認申請中）

長瀬産業株式会社 医療システム部

〒103 東京都中央区日本橋小舟町5－1

設立年月日：	大正6年12月9日
資本金：	96億9,900万円
代表者名：	長瀬 英男
従業員数：	約1,400名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒651－22　：神戸市西区室谷2－2－3
	TEL：078－992－3163
商品問合せ先：	担当部門　：　医療システム部
	TEL：03－3665－3288，3028　FAX：03－3665－3723

〔展示主要商品〕

乾式臨床化学自動分析装置／エクタケム250

特長：多層フィルム式ドライケミストリー機器。微量検体で，高感度なデータが得られる生化学自動分析装置で，ルーチン検査，緊急検査に最適です。

〔取扱い商品〕

1. 乾式臨床化学自動分析装置
   - コダックエクタケム250
   - コダックエクタケム700N
   - コダックエクタケム500
2. 薬剤感受性測定装置
   - ダイナテック MIC2000ドライシステム
3. 臨床検査情報処理システム
   - SUN コンピュータシステム
4. 検体搬送システム
   - PREP－AI
5. 採血管バーコード自動貼りつけシステム
   ユニットラベラー UL200

COULTER 株式会社 日科機

〒102 東京都千代田区一番町22－1　一番町セントラルビル

設立年月日：	昭和40年11月15日
資本金：	4,600万円
代表者名：	山田 進一
従業員数：	232名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒134　　：江戸川区中葛西5－13－9
	TEL：03－3686－8811
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部
	TEL：03－3877－9232　FAX：03－3877－7862

〔展示主要商品〕

自動血球計数／白血球分類／網状赤血球測定装置　コールター STKS－Retic.

特長：STKS－Retic.はコールター社の最高水準アナライザーです。1台で血球計数，白血球分類，網状赤血球の測定が行なえます。コールター・テクノロジーを駆使した総合ヘマトロジー・アナライザーです。

〔取扱い商品〕

ヘマトロジー分野	自動血球計数／白血球分類／網状赤血球測定装置	STKS-Retic. MAXM-Retic. MAXM A/L-Retic.
	多項目血球計算装置	ONYX MD シリーズ T シリーズ
フローサイトメトリー分野	細胞分析装置 細胞分取装置 モノクローナル抗体	EPICS XL EPICS ELITE ESP
血液凝固分野	自動血液凝固装置	ACL シリーズ
グルコース／ラクテート分野	グルコース／ラクテート・アナライザー	YSI グルコース／ラクテート・アナライザー

日水製薬株式会社

〒170 東京都豊島区巣鴨2—11—1

設立年月日：	昭和10年4月6日
資本金：	44億4,984万円
代表者名：	富本 善久
従業員数：	550名
工場所在地：	〒307　：結城市大字北南茂呂古屋敷1075—2
	TEL：0296—35—1221
研究所所在地：	〒307　：結城市大字北南茂呂古屋敷1075—2
	TEL：0296—35—1225
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬営業部 学術課
	TEL：0120—41—1200（フリーダイヤル）　FAX：03—3918—4515

〔展示主要商品〕

全自動エンザイムイムノアッセイ装置／AIA—1200XL

特長：AIA—1200XLは，従来のAIA—1200に，さらに採血管からの直接サンプリング，検体のバーコード読み取り，サンプリング異常の検出，2ステップ試薬の対応など新しい機能を付加した装置です。

〔取扱い商品〕

自動細菌検査装置：センシタイター「ニッスイ」
　　：オートインキュベーター「ニッスイ」
NZRシステム：薬剤感受性試験用ゾーンリーダーシステム
ダイアスライド：尿中細菌簡易定量・鑑別用培地
オートTIA CRPラビット：自動分析用CRP測定用試薬
精度管理用凍結プール血清　L—コンセーラI，II（二濃度管理用）

日電理化硝子株式会社

〒657 神戸市灘区篠原中町1—1—18

設立年月日：	昭和29年1月
資本金：	8,000万円
代表者名：	霜下 浩章
従業員数：	80名
工場所在地：	〒664　：伊丹市寺本1—114
	TEL：0727—81—0821
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　本社第二営業部
	TEL：078—801—4873（直通0299）　FAX：078—801—4572

〔展示主要商品〕

試験管，管瓶／A—試験管，ねじ口瓶

特長：医療用として，耐衝撃性・耐水性に優れたホウケイ酸ガラスを用いて，全自動成形及び強化工法により特性を高めた，試験管と管瓶です。成型歪がなく，優れた精度と品質の製品です。

〔取扱い商品〕

○A—試験管	○ねじ口瓶	○バイアルコンテナ
○サンプルチューブ	○シリンジバイアル	○シリコセン
○ネグチューブ	○ガスクロバイアル	○アルミセン
○カルチャーチューブ	○スピッチバイアル	○差し込み式ゴム栓
○ディスポチューブ	○ミニバイアル	○TRゴム栓
○遠心沈澱管	○バキュームバイアル	○シリコンチューブ
○共栓試験管	○EPAバイアル	○ハンドクリッパー
○比色管	○ポリ栓付サンプル瓶	○プライヤー
○ねじ口試験管	○ゴム栓付バイアル瓶	○ピペット
○培養試験管	○低アルカリ瓶	○毛細管
○試験管立て	○フリージングコンテナ	○希釈ビーカー
○低棚式試験管立て	○フリージングトレー	○樹脂製品

株式会社ニチリョー

〒101 東京都千代田区岩本町2－4－10 共同ビル(岩本町二丁目)

設立年月日：	昭和19年5月25日
資本金：	3,000万円
代表者名：	伊東 義人
従業員数：	70名
工場所在地：	〒343　：越谷市西方2760－1
	TEL：0489－89－1301
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　国内営業部
	TEL：03－5820－2411　FAX：03－5820－2410

〔展示主要商品〕

オートサンプリングシステム／NSP－7000

特長：NSP－7000（ディスポーザブルチップ使用の分注・希釈・振とう装置）は，省スペースタイプで豊富なモードを内蔵し，凝集法・ELISA法によるHIV，HCV等の検査に最適です。

〔取扱い商品〕

・デジタルマイクロピペット■オートクレーバブルベンチメイト，DNA（ドゥナ）ペット

・ディスペンサー■MODEL8100，ディスペット，アキュペンサージュニア

・自動分注希釈装置■NSS－1000，NSP－7000，DDU－5000（組込専用シリンジポンプ），マイリューター，マイペンサー

ニットーボーメディカル株式会社

〒103 東京都中央区日本橋富沢町5－5 住友生命第2ビル5F

設立年月日：	昭和62年8月28日
資本金：	3億円
代表者名：	杢野 信保
従業員数：	
工場所在地：	〒963　：郡山市富久山町福原字塩島1
	TEL：0249－32－6015
研究所所在地：	〒963　：郡山市富久山町福原字塩島1
	TEL：0249－32－6015
商品問合せ先：	担当部門　：　学術課
	TEL：03－3660－8595　FAX：03－3660－8602

〔展示主要商品〕

液状試薬

特長：現在，液状試薬として，18品目を取り扱っています。液状なので，試薬，調整が不要であり，また長期間安定したデータが得られ，安心してご使用頂けます。

〔取扱い商品〕

生化学検査，血清検査，血液検査の測定試薬を取り扱っています。その内，液状試薬は16項目，18品目を取り扱っております。また免疫検査項目にも力を注いでおり，中でもCRPについては，当社の主力製品の1つになっています。アメリカに抗体生産工場を有しており，安定して商品をユーザーの方々に供給することが可能です。

NIHON KOHDEN　日本光電工業株式会社

〒161 東京都新宿区西落合1—31—4

設立年月日：	1951年8月7日
資本金：	64億4,096万円（1994年5月末現在）
代表者名：	荻野 和郎
従業員数：	2,936名（1994年4月末現在）
工場所在地：	〒　：鶴ヶ島市，埼玉県大里郡川本町，富岡市
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　宣伝部
	TEL：03—5996—8028　FAX：03—5996—8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／セルタックオート MEK—8118

特長：クラス最小のコンパクトサイズにオートサンプラ内蔵。ワンタッチで血液検査の基本8項目の測定が可能。新測定機能の採用で，処理能力の向上と信頼性の高いデータ測定に加え，メンテナンスも簡単です。

〔取扱い商品〕

脳波計，心電計，自動血球計数器（臨床用／動物用），患者監視装置，人工呼吸器，除細動器，輸液ポンプ，心臓ペースメーカ，運動負荷試験システム，基礎医学研究用機器，各種センサなど

日本コダック ダイアグノスティックス株式会社

〒101 東京都千代田区岩本町1—10—3 紀繁ビル

設立年月日：	平成4年5月1日
資本金：	5,000万円
代表者名：	相川 誠
従業員数：	62名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒270—14　：千葉県印旛郡白井町名内340—2
	TEL：0474—97—1031
商品問合せ先：	担当部門　：　学術部
	TEL：03—5820—8230　FAX：03—5820—8222

〔展示主要商品〕

アマライトプロセッシングセンター

特長：固相化ウェルを用いたエンハンストルミネセンスイムノアッセイ。従来，手で行われていた検体サンプリング，試薬の分注，インキュベーション，洗浄等の完全自動化が可能です。

〔取扱い商品〕

アマライトシステム	アマライト LH—30
アマライトフリーT_4	アマライト FSH
アマライトフリーT_3	アマライトエストラジオール—60
アマライトT_4	アマライトプロゲステロン
アマライトT_3	アマライト HCG—60
アマライトT3U	アマライトプロラクチン—30
アマライトTSH—60	アマライトHBs抗原
アマライトTBG	アマライトHBs抗体
アマライトCEA—60	アマライトHBc抗体
アマライトジゴキシン	アマライトHA—M抗体
アマライトコルチゾール	アマライトHBc—M抗体

日本サイワード株式会社

〒272 市川市南大野2—10—16

設立年月日：	昭和48年10月
資本金：	500万円
代表者名：	杉原 正敏
従業員数：	5名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　システム開発部
	TEL：0473—38—7130　　FAX：0473—38—7050

〔展示主要商品〕

臨床検査データ処理システム／ALPHA—NET

特長：NET WARE対応（クライアント・サーバーシステム）の臨床検査データ処理総合システム

〔取扱い商品〕

1. ALPHA—NET（4.0）〔総合受付対応〕
   中央検査部向けPCネットワークシステム（5～80台構成）
2. ALPHA—NET（3.1）〔サブシステム〕
   生化学，血液，血清，尿・一般等検査室サブシステム
   （2～10台構成）
3. ALPHA—NET（3.2）
   検査センター向けサブシステム
4. ALPHA—1（2.5）
   特定分析機用データ処理システム
5. 院内モニター，OCR，FAX返信，オーダリングシステム

日本商事株式会社

〒540 大阪市中央区石町2—2—9

設立年月日：	昭和14年12月24日
資本金：	52億8,200万円
代表者名：	清水 正巳
従業員数：	2,799名
工場所在地：	〒709—43　：岡山県勝田郡勝央町太平台18
	TEL：0868—38—5341
研究所所在地：	〒567　　：茨木市庄2—24—3
	TEL：0726—22—4941
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬営業部 営業学術課
	TEL：06—941—0308　　FAX：06—941—4861

〔展示主要商品〕

全自動免疫便潜血検査装置／ヘモテクト（HT500）

特長：★デスクトップサイズの全自動便中ヒトヘモグロビン測定装置★高い処理能力（96検体／約50分）★キャリーオーバーがなく，またプロゾーンによる判定の陰性化がない★カットオフ値を自由に設定できる

〔取扱い商品〕

■体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）
- ○生化学検査用
  脂質，酵素，糖質，電解質，含窒素検査用各種製品
- ○免疫血清検査用
- ○血液検査用
  血液凝固用，血色素検査用各種
- ○その他：免疫学的便潜血用，電気泳動用，ウイルス検査用

■臨床検査試薬
標準物質，精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤　その他

■臨床検査器具・器材
- ○医療器具：ポルーEフィルムシステム，オプション8，ヘモテクト
- ○採血管，日商ディスポ製品，フィンピペットシステム

日本シンテックス株式会社

〒150 東京都渋谷区渋谷3－9－9 東京建物渋谷ビル

設立年月日：	1980年10月3日
資本金：	16億円
代表者名：	ジョン・グレイブス
従業員数：	50名
工場所在地：	〒300 ：土浦市虫掛町3345
	TEL：0298—26—1078
研究所所在地：	〒300—41 ：茨城県新治郡新治村永井157
	TEL：0298—30—6111
商品問合せ先：	担当部門 ： シバ臨床診断薬事業部
	TEL：03—3797—1480 FAX：03—3797—5830

〔展示主要商品〕

血中薬物濃度測定用試薬／エミット®2000試薬

特長：液状試薬であり，調製が不要で各種自動分析装置に使用できます。検量線の安定性向上に加え，非血清タイプのキャリブレータには滴下式ボトルを採用，バイオハザードにも配慮しました。

〔取扱い商品〕

全自動血中薬物濃度測定装置 ソラリス®

血中薬物測定用エミット®，エミット®2000試薬

各種血中薬物：テオフィリン，フェニトイン，フェノバルビタール，カルバマゼピン，バルプロ酸，ジゴキシン 他

ウイルス又は微生物の検出

マイクロトラック®クラミジアトラコマチスダイレクトテスト

マイクロトラック®ヘルペスダイレクトテスト

マイクロトラック® CMV カルチャー ID テスト

NDPC 日本DPCコーポレーション

〒261—71 千葉市美浜区中瀬2－6 WBGマリブウエスト32F

設立年月日：	1986年2月6日
資本金：	7億3,000万円
代表者名：	日本支社長 東 正生
従業員数：	
工場所在地：	〒290 ：市原市八幡海岸通12
	TEL：0436—41—2186
研究所所在地：	〒 ：同上
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 学術部
	TEL：043—297—5211 FAX：043—297—5210

〔展示主要商品〕

特長：

〔取扱い商品〕

EIA アレルギー関連測定用特異 IgE キット（アラスタット）

RIA 肝線維化検査測定用キット（IV型コラーゲン・7S）

自己免疫疾患関連キット （リコンビジェン抗 DNA）

腎臓・血液関連キット （リコンビジェン EPO）

性腺関連測定用キット （E_2，Prog，Testo 他）

副腎皮質関連キット （DHEA—S，Aldo，コルチゾール他）

甲状腺関連キット （FT_4，FT_3 他）

糖尿病関連キット （アルブミン，インスリン他）

下垂体関連キット （ACTH，プロラクチン他）

TIA スペリオル トランスフェリン，アルブミン，BETA—II

株式会社ニプロ

株式会社ニプロ　〒531 大阪市北区豊崎3－3－13

設立年月日：	昭和39年3月27日
資本金：	2億円
代表者名：	代表取締役社長 秋山 吉正
従業員数：	456名
工場所在地：	〒018－57 ：大館市二井田字羽貫谷地8－7
	TEL：0186－49－5111
研究所所在地：	〒525 ：草津市野路町700
	TEL：0775－64－0500
商品問合せ先：	担当部門 ： 技術営業部 医薬診断薬課
	TEL：06－373－3108　FAX：06－373－0836

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／ミラクル・エース

特長：同時24項目，240テスト／時間の処理能力を持ち，簡単なキー操作で幅広い検査に対応できる，卓上型高性能自動分析装置

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル医療用具（注射針・シリンジ・輸液セット・カテーテル・三方活栓・フィルター類・尿バック・手袋類・検査器具・衛生材料・血圧計・体温計・人工肛門・血液バック・体外診断薬・消毒薬・人工腎臓・人工透析機器）

NEC 日本電気株式会社

〒108－01 東京都港区芝5－7－1

設立年月日：	1899（明治32）年7月17日
資本金：	1,883億円
代表者名：	金子 尚志
従業員数：	約42,000名
工場所在地：	〒183 ：府中市日新町1－10 ほか
	TEL：0423－64－1111
研究所所在地：	〒216 ：川崎市宮前区宮崎4－1－1 ほか
	TEL：044－855－1111
商品問合せ先：	担当部門 ： C&C医療システム事業部 販売促進部
	TEL：03－3798－6372　FAX：03－3798－6375

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／PC－LACS

特長：EWS／PC98ベースによる本格的クライアント・サーバシステム。見易く使い易いウィンドウ環境に加え，自動分析装置オンライン取込みとのマルチ処理を実現。

〔取扱い商品〕

■明日の医療に大きく貢献するNECの“C&C総合医療情報システム”

○オーダリングシステム
○医療事務システム（IBARSシリーズ）
○臨床検査システム（LACSシリーズ）
○総合健診システム（HEALTHシリーズ）
○薬剤管理システム（DMSシリーズ）
○病院給食管理システム（FMSシリーズ）
○物品管理システム（SMSシリーズ）
○給与システム　（PASシリーズ）
○財務会計システム（FASシリーズ）
○医用画像管理システム

JEOL 日本電子

Serving Advanced Technology

〒196 昭島市武蔵野3－1－2

設立年月日：	昭和24年5月
資本金：	32億4,000万円
代表者名：	代表取締役社長 江藤 輝一
従業員数：	1,428名
工場所在地：	〒196　：昭島市武蔵野3－1－2
	TEL：0425—43—1111
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医用機器事業部販売促進WG事務局
	TEL：0425—42—2316　FAX：0425—46—5758

〔展示主要商品〕

生化学自動分析／JCA—HRシリーズ

特長：1～43項目同時分析，最大300検体／時の高速フルランダムアクセス処理や血清，尿検体等の混在分析が可能。個別採血管バーコード対応サンプルホルダ，自動再検機能，電解質等を標準装備した最新鋭自動分析機

〔取扱い商品〕

・電子顕微鏡・走査顕微鏡・電子顕微鏡関連周辺機器・走査トンネル顕微鏡・電子プローブマイクロアナライザ・オージェ分光分析装置・光電子分光装置（ESCA）・X線回折装置・蛍光X線分析装置・核磁気共鳴装置・タンパク質構造用解析システム（モルスコープ）・電子スピン共鳴装置・質量分析装置・フーリエ変換赤外分光光度計・全自動高速アミノ酸分析機・サーモグラフィ装置・生化学自動分析装置（クリナライザ）・動粘度モニタリングシステム・電子ビーム描画装置・ウェハプロセス評価装置・集束イオンビーム装置・電子ビーム蒸着用電子銃／電源・大型電子銃・膜厚コントローラ・膜厚モニタ・プラズマ発生用高周波発振器・トランジスタインバータ・サイリスタインバータ・高周波誘導加熱装置・レーザ顕微鏡・X線骨密度測定装置・超音波診断装置・高速染色体分類解析装置・マイクロプレートルミノメータ・マイクロプレートリーダ・他

BIO-RAD 日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

〒104 東京都中央区勝どき5－3－6 住友生命勝どきビル

設立年月日：	昭和54年10月16日
資本金：	2億2,000万円
代表者名：	増岡 邦明
従業員数：	145名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬事業部
	TEL：03—3534—7259　FAX：03—3534—8027

〔展示主要商品〕

全自動グリコヘモグロビン検査システム／VARIANT

特長：ROMカードの変更によりHbAlc以外の糖化ヘモグロビンの測定も可能であり，各種ROMカード開発中。糖尿病以外の疾患の診断・モニタリングも原理的に可能である。

〔取扱い商品〕

1)精度管理用各種コントロール，スタンダード　2)血中・尿中薬物検出用全自動薬物検査システムREMEDi—HS　3)ELISAキット測定用プレートリーダー・NovaPathマイクロプレートリーダー，NovaPathミニリーダー，NovaPathマイクロプレートマネージャー，ELISAプレート洗浄用NovaPathプレートウォッシャー　4)HIV—I抗体検出用試薬・イムノブロットアッセイ　5)尿中17—KS／17—OHCS測定用試薬　6)尿中ALA／PBG測定用試薬　7)VMA／NVA測定用HPLCカラム・前処理キット　8)尿中カテコールアミン・メタネフリン測定用HPLCカラム・前処理キット　9)ベンゾジアゼピン／三環系抗うつ剤HPLC較正用　10)BRYTE HSフローサイトメトリー

日本ビオメリュー・バイテック株式会社

bioMérieux

〒102 東京都千代田区平河町2—14—12 柳沢ビル

設立年月日：	1988年10月4日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	ミシェル・ラショセ
従業員数：	65名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—5952—0750　　FAX：03—5952—0760

〔展示主要商品〕

自動細菌検査装置／バイテック（VITEK）

特長：本装置は微生物検査の自動化における同定と感受性検査が同時に実施出来る数少ない全自動システムである。また，迅速性を基本とした精度の高い成績を提供出来る装置として世界で数千台が日常使用されている。

〔取扱い商品〕

A．細菌検査関連製品

同定検査キット・シリーズ	アピ・シリーズ／ラピデック・シリーズ
迅速検出キット・シリーズ	スライデックス・シリーズ
自動細菌検査装置	ATB／バイテック
血液培養装置	バイタル
ビオメリュー培地	生培地，試験管培地，粉末培地等

B．免疫血清関連製品

自動免疫蛍光測定装置	バイダス／ミニバイダス
測定試薬：感染症関係	HIV，クラミジア，風疹 IgG／M 等
免疫化学関係	HCG, E2, LH, FSH 等

C．血液凝固関連製品

全自動血液凝固測定機：ヘモラブ　　測定試薬：PT, APTT 等

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

BECTON DICKINSON

〒107 東京都港区赤坂8－5－34 島藤ビル

設立年月日：	昭和60年5月13日（昭和46年に設立されたベクトン・ディッキンソン・オーバーシーズ・インクの事業を継承）
資本金：	7億5,000万円
代表者名：	マーク C. スローダール
従業員数：	360名
工場所在地：	〒960-21　：福島市土船字五反田1番地
	TEL：0245-93-2311
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：　　FAX：

〔展示主要商品〕

全自動血液培養検査装置／BACTEC9120 システム

特長：微生物の増殖にともなって代謝される二酸化炭素をボトル底部に組み込んだセンサーに取り込み，二酸化炭素量に応じて生成される色素からの蛍光強度を検出測定し，微生物の代謝の存在を確認する。

〔取扱い商品〕

①細菌検査試薬・器材，生培地，感受性検査用ディスク（BBL®）
②細菌薬剤感受性・同定試験システム（SCEPTOR®）
③血液培養システム（BACTEC®NR 730，9240，9120システム）
④自動細胞解析装置（FACScan™），全自動細胞解析分離装置（FACSort™，FACS Vantage™），モノクロナール抗体
⑤プラスチック製組織培養器具・細菌検査用器具（FALCON®），研究用試薬（CBP），接着分子抗体（CAMfolio™）
⑥血球計算システム（QBC®シリーズ）
⑦滅菌済真空採血管（バキュティナ®システム），微量採血システム（マイクロティナ®システム）

日本ロシュ株式会社

〒105 東京都港区芝2－6－1 日本ロシュビルディング

設立年月日：	昭和7年5月12日
資本金：	88億円
代表者名：	繁田 寛昭
従業員数：	2,350名
工場所在地：	〒247　：鎌倉市梶原200
	TEL：0467—47—2260
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：同上
商品問合せ先：	担当部門　：　試薬本部
	TEL：03—5443—7041～5　FAX：03—5443—7114

〔展示主要商品〕

ディスクリート方式自動分析装置／COBAS INTEGRA

特長：試薬のカセット化による，“安定，簡単，高精度”が可能となっています。本機はISE，FPが標準装備され，生化学，電解質，血清，薬物血中濃度が同一検体からランダムに測定することが可能です。

〔取扱い商品〕

ディスクリート方式自動分析装置　COBAS MIRA Plus
乾式臨床化学自動分析装置　COBAS READY
　　COBAS READY ISE
全自動酵素免疫測定装置　COBAS CORE
全自動血球計数分析装置　COBAS ARGOS 5DIFF
全自動血球計数測定装置　COBAS STEX, LC—360
PCR検査用標準システム　PCRミニラボセット
DNA増幅装置　ジーンアンプPCRシステム　9600—R
体外診断用医薬品
　生化学検査試薬シリーズ
　免疫学的検査試薬シリーズ
　PCR測定試薬シリーズ

バイオテック株式会社

〒113 東京都文京区湯島2—29—4 古沢ビル

設立年月日：	1979年3月1日
資本金：	750万円
代表者名：	上島 英雄
従業員数：	6名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：03—3816—6931　FAX：03—3818—4554

〔展示主要商品〕

イムノビーズ・ウォッシャー／IBW—12

特長：近年，臨床検査，免疫学，臓器移植学の各分野で磁気ビーズを用いた検査法や研究が盛んに行なわれる様になりました。特に，HLAタイピングにおいては，Tリンパ球とBリンパ球の分離に用いられます。

〔取扱い商品〕

■酵素抗体法用機器
　セラウォッシャーMW96シリーズ
　オートミニウォッシャーシリーズ
■マイクロアッセイシステム機器
　オートドロッパーEDR，オートダイリューターEDLシリーズ
■HLA研究機器
　セラドット6072シリーズ，セルドッターCD—2シリーズ
　イムノビーズウォッシャーIBW—12
■EIA，RIA用ビーズウォッシャー
　プレート用BW—20，BW—25

Baxterバクスター株式会社

〒102 東京都千代田区六番町4

設立年月日：	昭和44年3月
資本金：	39億3,000万円
代表者名：	Bob Hurley
従業員数：	約1,100名
工場所在地：	〒　：宮崎工場，埼玉工場，岐阜工場
	TEL：
研究所所在地：	〒166　：東京都杉並区高円寺南1—22—23
	TEL：03—3314—7711
商品問合せ先：	担当部門　：　臨床検査システム事業部
	TEL：03—3237—6616　FAX：03—3237—6679

〔展示主要商品〕

全自動細菌検査測定装置／マイクロスキャン WalkAway

特長：細菌の同定及び薬剤感受性検査を全自動で行ないます。2時間同定の蛍光パネルも使用可能で，細菌検査の自動化，迅速化に貢献します。疫学統計のためのデータベース機能も標準装備しております。

〔取扱い商品〕

1. バイオテック事業部
   血漿分画製剤，血液成分分離装置
2. 医薬品事業部
   血漿分画製剤，持続注入ポンプ，血液成分分離装置
3. 心臓血管製品事業部
   人工心臓弁及び人工弁輪，人工肺回路用製品，心臓カテーテル製品，大動脈バルーンポンプ及びバルーン，モニター付除細動器，血圧モニター用キット，血管内カテーテル，心臓ペースメーカー，気管内チューブ etc.
4. 臨床検査システム事業部
   臨床検査用機器各種及び専用試薬類，RIA 製品群
5. 医療用品事業部　ディスポ製品及び産業用製品
6. ＩＶシステム部　持続注入ポンプ

浜松ホトニクス株式会社

〒430 浜松市砂山町325—6　日生浜松駅前ビル

設立年月日：	1953年9月29日
資本金：	70億9,101万円
代表者名：	晝馬 輝夫
従業員数：	2,027名
工場所在地：	〒438—01　：静岡県磐田郡豊岡村下神増314—5
	TEL：0539—62—5245
研究所所在地：	〒434　：浜北市平口5000
	TEL：053—586—7111
商品問合せ先：	担当部門　：　電子管営業部
	TEL：0539—62—5245　FAX：0539—62—2205

〔展示主要商品〕

光電子増倍管／メタルパッケージ光電子増倍管

特長：従来の光半導体センサの約1万倍の感度と，応答時間0.65ナノ秒の高速応答の特長を合わせ持つ TO—8 メタルパッケージサイズの全く新しい光センサが誕生しました。

〔取扱い商品〕

■光電子増倍管・電子増倍管・マイクロチャンネルプレート・紫外線センサ・放射線検出管・精密測光用光源・産業用光源・エキシマレーザ・ダイレーザ・イメージテンシファイア・ビジコン・フォトダイオード・赤外線検出素子・LED・半導体レーザ・フォトカプラ・フォト IC・焦電素子・リニアイメージセンサ

■計測用ビデオカメラ・画像処理装置・ストリークカメラ・光オシロスコープ・光計測システム・FA 計測装置・イメージング&解析システム

株式会社 日立製作所

〒100 東京都千代田区丸の内1－5－1

設立年月日：	大正9年2月1日
資本金：	2,732億6,600万円
代表者名：	代表取締役社長 金井 務
従業員数：	約80,000名
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 計測器事業部 医用システム本部 技術部
	TEL：03—3212—1111 FAX：03—3214—3125

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／7170

特長：同時最大86項目，800テスト／時の処理能力を持つ，フレキシブルランダムアクセスの中形機。反応時間可変，試薬添加数1～4試薬，検体前希釈等により，新分野への対応が可能である。

〔取扱い商品〕

各種臨床検査機器を取扱う計測器グループは，㈱日立製作所計測器事業部を製造部門に，販売面では㈱日立メディコ，日製産業㈱のルートを敷き，これらを支える日立計測器サービス㈱のアフターサービス体制が全国に張りめぐらされております。

日立は豊富な技術の蓄積を生かし，100社をこえるグループ各社との緊密な連携のもとに，よりよい未来医学の創造に貢献したいと願っています。

株式会社日立メディコ　日立グループの医療窓口会社，日立製作所製造の自動分析装置及びMRIの販売，X線，超音波などの製造・販売を行っています。

日製産業株式会社　日立製作所直系の工業専門商社で，科学機器では，分光光度計をはじめとする日立科学機器，日立工機遠心機，堀場分析計，コロナマイクロプレート光度計などの国内販売，輸出を行っています。

ビーエム機器株式会社

〒113 東京都文京区本郷3—25—4 津久井21ビル

設立年月日：	昭和60年6月
資本金：	1,000万円
代表者名：	種橋 秀章
従業員数：	9名
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：03—3818—5091 FAX：03—3818—5530

〔展示主要商品〕

サンプルカップ

特長：各社の自動分析装置に適合する様に各種取り揃えました。厳選された原料で精密に製造されていますので，各社の仕様に適合し精度・再現性は良好です。

〔取扱い商品〕

■サンプルカップ

日立・東芝・オリンパス・テクニコン等各社の自動分析装置に適合する精度・再現性の良い各種サンプルカップを取り揃えました。

■カルチャーチューブ

透明度に優れたPS製と，オートクレーブ可能なPP製があります。

■MFラテックス手袋

厳しい米国FDA—ASTM基準を超える高品質ラテックス製手袋です。ソフトな伸縮性と優れた引っ張り強度，内側パウダー加工の為装着がスムーズです。

■トランスファーピペット

ワンピース型のPE製で，液体の移送や約－40°Cの低温保存が可能です。型は9種類あり，その各々に滅菌個装包装の商品もあります。

株式会社ビー・エム・エル

〒151 東京都渋谷区千駄ケ谷5—21—3

設立年月日：	昭和30年7月5日
資本金：	3億2,800万円
代表者名：	代表取締役社長 荒井 元義
従業員数：	1,765名
本社所在地：	〒151 ：東京都渋谷区千駄ケ谷5—21—3
	TEL：03—3350—0111
研究所所在地：	〒350—11 ：川越市的場1361—1
	TEL：0492—32—3131
商品問合せ先：	担当部門 ： メリッツ開発部
	TEL：03—3225—3212 FAX：03—3225—3385

〔展示主要商品〕

検査情報トータル・システム／マイケルくんII

特長：“マイケルくんII”は，パソコンLAN対応可能な検査情報トータルシステムとして当社が開発し，従来の『マイケルくん』のコンセプトを継承しながらも，全く新しく生まれ変わったシステムです。当システムは，1.検査情報による臨床支援，2.業務効率の向上，3.患者サービスの充実，の3つの柱から成っています。

受付での患者登録，検査室での臨床検査システム，診察室での照会システム，診療支援システム，更にドックシステム，外注管理システムなど，個々の部門システムを一元化した，トータルな検査情報システムです。

臨床検査情報を病院内の各部門が共有することによって，診療面にとどまらず，さまざまな業務の効率化を実現します。ひいては患者さんへのサービス向上につながり，病院経営に大きな付加価値をもたらします。

業務の規模・内容に合わせてご選択・拡張いただけるよう，“マイケルくんII”では各種システム構成をご用意。スタンドアローンからパソコンLAN構成を経済的に実現することができます。

※対応機種；PC98シリーズ（CPU：i 386以上）

Pharmacia ファルマシア株式会社

〒105 東京都港区虎ノ門4—3—13 秀和神谷町ビル8F

設立年月日：	1973年2月19日
資本金：	15億500万円
代表者名：	ノーマン・ローリッツェン
従業員数：	458名
工場所在地：	〒311—35 ：茨城県行方郡玉造町大字芹沢字上山920—65
	TEL：02995—5—0881
研究所所在地：	〒 ：同上
	TEL ：同上
商品問合せ先：	担当部門 ： 診断薬事業部 臨床開発部
	TEL：03—5402—8750 FAX：03—5402—8751

〔展示主要商品〕

CAP System

特長：約200種のアレルギー原因物質を高精度の血液検査と先進的な測定システムによって簡単に検査できるものとして注目を浴びており，その感度・精度・信頼性には定評があります。

〔取扱い商品〕

■CAP System

機器：フローロカウント96，アッセイウォッシャー96他

測定項目：アレルギー検査

■DELFIA System

機器：アーカス蛍光光度計他

測定項目：甲状腺関連検査，内分泌学的検査，癌関連検査他

■その他

各種ガンマカウンター，RIA試薬，液体シンチレーションカウンター，ベータプレート他

フクダ電子株式会社®

FUKUDA

〒113 東京都文京区本郷3—39—4

設立年月日：	1939年7月6日
資本金：	43億8,700万円
代表者名：	取締役社長 福田 孝太郎
従業員数：	1,670名
工場所在地：	〒270—14 ：千葉県印旛郡白井町中字中台305—1
	TEL：0474—92—2011
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： フクダバイタルテック株式会社
	TEL：03—5684—1267 FAX：03—5684—1317

〔展示主要商品〕

多項目血球計数装置／エースカウンター

特長：コンパクト全自動，高精度，高速測定
サンプルは20μlと少量ですので，新生児や小児の被検者にも軽負担，簡単操作で緊急検査にも最適

〔取扱い商品〕

生体検査装置；心電計，心電図自動解析装置，ホルター心電計，ストレステストシステム，超音波診断装置，ポリグラフ
医用監視装置；心電図監視装置，多用途患者監視装置
治療装置 ；ペースメーカ，心臓蘇生装置，人工呼吸装置
その他 ；血管内視ビデオシステム，医療用酸素濃縮器等

富士工業株式会社

〒113 東京都文京区湯島4—1—14

設立年月日：	昭和5年5月1日
資本金：	1,000万円
代表者名：	壺井 常一
従業員数：	9名
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ：
	TEL：03—3814—3621 FAX：03—3814—3625

〔展示主要商品〕

浸透圧計／アドバンス浸透圧計 3D3

特長：新製品3D3—ワイドレンジ0～4000mOsm／kgH_2O。スタンバイ5分自動キャリブレーション及び自己診断によるトラブル検出機能あり。メッセージボードがすべてを表示。24時間いつでもスタット測定可能。

〔取扱い商品〕

米国アドバンス社……アドバンス浸透圧計 3C2，3D3，3M0
ミルク・クライオスコープ
米国マノスタット社…クレット光電光度計
米国ケンブリッジ社…尿沈渣用URI染色液，染色液等を除去するスティンリムーバー
ドイツ ホフマン社…電気バーナー
米国ドラモンド社……CMピペット
他にストップウォッチホルダー等を販売

富士メディカルシステム株式会社

MEDICAL

〒104 東京都中央区銀座7－13－8 第二丸高ビル

設立年月日：	昭和42年
資本金：	7,500万円
代表者名：	宮田 英宣
従業員数：	500名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業第三部
	TEL：03－3545－3326　　FAX：03－5565－7518

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／富士ドライケム3030

特長：ドライケミストリーによる生化学自動分析装置。即時検査，緊急検査にも素早く，的確に対応する，迅速・簡便・高精度で，24時間対応でき，万全の検査体制をバックアップします。

〔取扱い商品〕

富士ドライケムシステム

生化学自動分析装置	：富士ドライケム3000
比色・酵素・免疫アナライザー	：富士ドライケム5500
電解質専用アナライザー	：富士ドライケム800
血糖専用アナライザー	：富士ドライケム1000
小型血糖専用アナライザー	：富士ドライケム100タイプG
小型アンモニア専用アナライザー	：富士ドライケム100タイプH

富士レビオ株式会社

〒163－07 東京都新宿区西新宿2－7－1 新宿第一生命ビル

設立年月日：	1950年12月8日
資本金：	37億1,100万円
代表者名：	福山　勝
従業員数：	947名
工場所在地：	〒192　　：八王子市小宮町51
	TEL：0426－45－0052
研究所所在地：	〒192　　：八王子市小宮町51
	TEL：0426－45－0071
商品問合せ先：	担当部門　：　検査薬営業本部
	TEL：03－3348－0654　　FAX：03－3342－6220

〔展示主要商品〕

全自動CLEIA測定システム／ルミパルス1200

特長：新規化学発光基質AMPPD，フェライト粒子採用により高感度，迅速測定が可能なデスクトップ型CLEIA測定装置。最大150検体セット可能。処理能力120テスト／時。アッセイ時間全項目約30分に統一。

〔取扱い商品〕

◆免疫血清検査薬

PA，HA法：セロディア－HIV；セロディア・HIV－1/2；セロディア・HTLV－I；セロディア－TP；セロディア－HBs，アンティバーHBs；イムディア－Hem Sp等

EIA法：イムノクロンCA19－9，CA125，CA15－3；イムザインCEA，フェリチン，α_1－M，β_2－M；クイーデルアレルギースクリーンQAS－I，QAS－II等

CLEIA法：ルミパルス免疫反応カートリッジCA19－9，CA125，CEA，AFP，TSH，IgE

◆生化学検査薬：HDLステロザイム545，ACEカラー等

◆血液検査薬：ラピディア－Ddimer II

◆臨床検査機器：ルミパルス1200，QRXアナライザー，LP400等

ヘキストジャパン株式会社 BEHRING

〒107 東京都港区赤坂8－10－16

設立年月日：	1966年12月19日
資本金：	47億3,000万円
代表者名：	ホルスト・ウェッシェ
従業員数：	2,280名（1992年現在）
工場所在地：	〒350　：川越市南台1－3－2
	TEL：0492－43－1610
研究所所在地：	〒350　：川越市南台1－3－2
	TEL：0492－43－6199
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬営業本部 学術部
	TEL：03－3479－7539　FAX：03－3479－5226

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学分析装置／ベーリングネフェロメーターII

特長：1.バーコードシステム採用による一歩進んだWALK AWAY方式
2.37℃のエアバス採用による高いデータの信頼性
3.100検体セット可能による多項目多検体処理

〔取扱い商品〕

■血液凝固検査薬：エンザイグノストTAT，ベリクロームATIII，他
■ネフェロメトリー用検査薬：N抗血清IgG，NAラテックスCRP，他
■EIA用検査薬：HBV関連抗原・抗体・各種ウイルス，他
■血中薬物測定用及び甲状腺関連検査薬：オープスジゴキシン，TSH，他
■化学発光用検査薬：ベリラックスTSH，T3，AFP，CEA
■検査機器：BNA，BN100（全自動免疫化学分析装置），BEPIII（マイクロプレートELISA自動測定装置），フィブリンタイマA（全自動血液凝固測定装置），オープスアナライザ（自動蛍光免疫測定装置），タービタイマ（免疫比濁法専用分析装置），ベリラックス（化学発光免疫測定装置）

BECKMAN ベックマン株式会社

〒102 東京都千代田区三番町6

設立年月日：	昭和52年7月
資本金：	12億4,000万円
代表者名：	西本 泰治
従業員数：	200名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03－3221－5891　FAX：03－3221－6823

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／シンクロンCX7システム

特長：●同時最大32項目を最大825テスト／時で処理。
●ホストクエリーオンライン方式とバーコードの組み合わせにより，完全なペーパーレスとミスのない検査が可能です。

〔取扱い商品〕

●臨床化学自動分析装置：シンクロンシリーズ
シンクロンCX3システム
シンクロンCX4／CX5システム
●免疫反応測定装置：アレイ360システム
従来のアレイシステムの機能面をさらに拡大し，最大60項目の登録CRP, ASO, RF同時測定可能，バーコード付採血管測定等，検査室の将来のニーズに合った画期的なシステムです。
●全自動電解質測定装置：シンクロンエリーゼ
従来のイオン選択性電極測定装置（Na, K, Cl, CO_2）に加え，Li, T, Caも測定可能です。
●その他パラゴン電気泳動システム
アプレーズデンシトメータ

ベーリンガー・マンハイム株式会社

〒105 東京都港区虎ノ門3—10—11

設立年月日：	平成5年4月1日
資本金：	14億円
代表者名：	DR. L.H. ボナカー
従業員数：	618名
工場所在地：	〒　：大阪／富山
	TEL：06—472—0636／0764—79—0243
研究所所在地：	〒　：京都
	TEL：075—955—8511
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬事業部 03—3432—3151 医薬事業部 03—3432—3721
	TEL：　FAX：

〔展示主要商品〕

生化学試薬／リキテック HbA_{1c}

特長：世界初の一般の生化学自動分析装置に適応する試薬。1時間約250検体と高速処理が可能。糖尿病関連項目の測定が1台の装置で行え，新たな設備投資が不要で大巾なコスト・ダウンが可能。使い易い液状試薬。

〔取扱い商品〕

○生化学検査試薬
○EIA用分析装置：ES300／ES700
○EIA検査試薬：31項目
○血液凝固分析装置：ST4
○血液凝固測定試薬／研究用試薬
○簡易分析装置：レフロトロンSシステム
○同上用専用試薬／ドライ・ケミストリー各種

株式会社ヘレナ研究所

〒336 浦和市常盤9—21—19

設立年月日：	1976年2月28日
資本金：	
代表者名：	中里 時亜
従業員数：	50名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：048—833—3208　FAX：048—833—3273

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動分析装置／エパライザ

特長：蛋白分画からアイソザイムまでを，連続で泳動可能なフルオート。アイソザイム分画も現在2項目

〔取扱い商品〕

●全自動電気泳動分析装置 エパライザ	：	タイタンIII（セア膜）を支持体とする全自動電気泳動分析装置 泳動項目→SP・LDH・ALP etc
●多項目自動電気泳動装置 REP（レップ）	：	アガロースを支持体とし，高圧で短時間に泳動を行う。 泳動項目→脂質分画・アイソザイム分画 蛋白分画
●デンシトメーター	：	EDC クリニスキャンZ

HORIBA 株式会社堀場製作所

〒601 京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日：	昭和28年1月26日
資本金：	65億6,900万円（1993年6月21日現在）
代表者名：	堀場 厚
従業員数：	1,066名
工場所在地：	〒601 ：京都市南区吉祥院宮の東町2
	TEL：075—313—8121
研究所所在地：	〒 ：同上
	TEL ：同上
商品問合せ先：	担当部門 ： 製品開発部 ME グループ
	TEL：075—313—8121 FAX：075—321—6621

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／LC—121

特長：染色法による白血球5分類を含めたトータル22項目を同時測定。処理能力は1時間当り70検体。120検体分のデータが記憶可能。またキャップピアス方式のため，院内感染の不安を解消します。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置
- LC—121／白血球5分類を含む22項目
- LC—360／8項目

自動電解質分析装置
- SERA—720／Na^+，K^+，Cl^-（オートサンプラ付，希釈法）
- SERA—520／Na^+，K^+，Cl^-（オートサンプラ付，非希釈法）
- SERA—212／Na^+，K^+
- SERA—222／Na^+，K^+，Cl^-
- SERA—232／Na^+，K^+，Ca^{2+}
- SERA—252／Ca^{2+}，pH（補正 Ca^{2+} 濃度表示）

コンパクト pH メータ
- TWIN B—212／平面測定と浸漬測定が可能。防水構造。

マイルス・三共株式会社

〒104 東京都中央区築地6—19—20

設立年月日：	1967年2月1日
資本金：	2億5,000万円
代表者名：	Reinhard Bauer（レインハード バウアー）
従業員数：	363名
工場所在地：	〒254 ：平塚市新町3—9
	TEL：0463—32—7036
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： マーケティング課
	TEL：03—5550—9726 FAX：03—5550—9750

〔展示主要商品〕

全自動尿分析装置／クリニテック アトラス

特長：尿の色調，混濁，比重，白血球反応を含む12項目を全自動で測定が可能。機器の構成はモジュール化されており，将来を見越したシステム（ラックシステム，ベルトコンベアシステム）に対応可能な設計である。

〔取扱い商品〕
- 尿検査システム
  エームス尿検査試験紙；N—マルティスティックス SG—L 他，尿分析システム；クリニテックアトラス，クリニテック200＋，クリニテック100
- 病理検査システム
  VIP M シリーズ，ティシュー・エンベディングコンソールⅣ，TBS カセットラベラー，ミクロトーム・クリオスタット，ユニカセット他
- 生化学自動分析装置
  テクニコン CHEM1，SSR／SSR—XT
- 血液学自動分析装置
  テクニコン H1，H2，H3（RTC／RTX）

MAOS 共同開発研究会

〒261—71 千葉市美浜区中瀬2—6（日本DPC内）

研究会の概要：	
有志による初会合：	1992年9月1日
会員数：	12社
代表幹事：	日本DPCコーポレーション
事務局：	日本DPCコーポレーション内
所在及び問合せ先：	〒261-71 ：千葉市美浜区中瀬2—6 WBGマリブウエスト 32F
	TEL：043—297—5221 FAX：043—297—5210
会員名：	旭化成工業株式会社／株式会社医学生物学研究所／オーソ・ダイアグノスティック・システムズ株式会社／極東製薬工業株式会社／塩野義製薬株式会社／スズキ株式会社／持田製薬株式会社／日製産業株式会社／日本DPCコーポレーション／日本メジフィジックス株式会社／ヤマサ醤油株式会社／ユニチカ株式会社

研究会の趣旨及び活動の内容：

免疫血清試薬は，これまで試薬メーカーごとに専用機器を採用する形態が多く，検査室にとっては試薬測定に汎用性がないため，測定操作の煩雑化・検査室スペースの無駄・データ処理の複雑化・試薬選択幅の制約・新規項目試薬導入時の制約等の問題が存在しました。

この様な現状を打破するため，多数の試薬メーカーの試薬に汎用に使用出来る全自動測定機の開発を目的として，Multi Access Open System を略した，MAOS 共同開発研究会が発足しました。

現在試薬メーカー10社，機器メーカー2社が参加し，96穴マイクロタイタープレートタイプ EIA 試薬に汎用に使用出来る測定機を開発中です。

2枚のプレートが搭載可能な機種と4枚のプレートが搭載可能な機種の2機種を開発中で，いずれも同時多項目全自動処理が可能です。

本研究会では今後も独占禁止法に抵触しない範囲で新入会員を幅広く受け入れて行く方針です。

MALLINCKRODT MEDICAL マリンクロット・メディカル株式会社

〒105 東京都港区虎ノ門4—3—13 秀和神谷町ビル

設立年月日：	1984年1月
資本金：	4億3,000万円
代表者名：	清水 重亮
従業員数：	100名
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 麻酔クリティカルケアグループ
	TEL：03—5470—9658 FAX：03—5470—9687

〔展示主要商品〕

GEM プレミア

特長：ポータブルタイプ血液ガス，電解質，ヘマトクリット分析装置。試薬交換はカートリッジのみでメンテ不要。

〔取扱い商品〕

ヘモキューグルコース……ハンディタイプ全血グルコース測定器

ヘモキューヘモグロビン…ハンディタイプヘモグロビン測定器

株式会社 ミズホメディー

〒841 鳥栖市藤木町5－4

設立年月日：	1977年11月2日
資本金：	3億2,975万円
代表者名：	唐川 文成
従業員数：	121名
工場所在地：	〒841　：鳥栖市藤木町5－4
	TEL：0942－85－0303
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業企画部
	TEL：0942－84－5486　FAX：0942－84－5490

〔展示主要商品〕

クレアチニン測定液状試薬／オートL「ミズホ」CRE

特長：1.液状試薬で調製が不要です。2.HPLCとの相関が良好です。3.開封後，1ヶ月間安定です。4.直線性は100ng/dl以上あります。5.各種自動分析装置に適用できます。

〔取扱い商品〕

〈生化学検査用試薬〉
- 自動分析装置用製品
- キット製品
- 液状管理血清

〈免疫血清検査用試薬〉
- 自動分析装置用製品
- キット製品

〈その他〉
- 妊娠診断補助試薬
- 尿細胞診用保存容器　等

三菱電機株式会社

〒100 東京都千代田区丸の内2－2－3

設立年月日：	大正10年1月15日
資本金：	1,749億円（1993年3月末現在）
代表者名：	北岡　隆
従業員数：	49,566名（1993年3月末現在）
工場所在地：	〒247　：鎌倉市上町屋325
	TEL：0467－46－6317
研究所所在地：	〒661　：尼崎市塚口本町8－1－1
	TEL：06－497－7064
商品問合せ先：	担当部門　：　三菱電機㈱ 官公第二部第三課
	TEL：03－3218－3232　FAX：03－5252－7289

〔展示主要商品〕

三菱臨床検査システム／MELAS

特長：クライアント／サーバタイプの臨床検査システム。オープンなシステムで，システム導入後の画面・帳票の変更がユーザで自由自在。ME（項目制御なし）の接続変更はパラメータ変更のみで可能。

〔取扱い商品〕

MELASは使い易さを徹底的に追及して開発した最先端クライアント／サーバタイプ臨床検査システム。システム導入後の問題点を解決。項目追加・変更に伴う画面・帳票のレイアウト変更がユーザ自身でカスタマイズできるフォーム・エディタを標準装備。オープンシステムで進化して行くシステム。頭の痛いME変更には，パラメータ変更のみでユーザ自身による接続変更が可能。（項目制御がない場合）

システム構成は小規模部門システムから拡張自在。各種サブシステム（細菌，病理，生理，輸血，緊急）は単独でも追加でも応用自在。

オーダリングとの接続は，他メーカとの接続インタフェースがあり実績豊富。

メバニクス株式会社

〒153 東京都目黒区下目黒2—18—3 花谷ビル

設立年月日：	昭和54年10月5日
資本金：	1,000万円
代表者名：	小野精一朗
従業員数：	7名
工場所在地：	〒153　：目黒区下目黒2—18—3
	TEL：03—3495—0451
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部（ME機器事業部）
	TEL：03—3495—0451　FAX：03—3495—0582

〔展示主要商品〕

8cH 自動血小板凝集能測定装置／MEBA 1 PAM—8T

特長：グレーディングカーブ（血小板凝集能解析曲線）の採用により，血小板の活性化の程度，抗血小板剤の選択，投与量の決定及び，抗血小板剤治療のモニターなど，臨床からの検査依頼に最適な装置です。

〔取扱い商品〕

〈止血・血栓検査機器〉

○MEBA 1 PAM—8T　8cH 自動血小板凝集能測定装置
（血小板凝集能曲線解析ソフトを内蔵した最新鋭機）

○MEBA 2 PAM—8C, 4C　8，6，4cH 凝集計
（PC9801 シリーズを接続した，臨床，研究向け凝集計）

○PAL—8S　8cH 自動血小板凝集能測定装置
（国内で最も実績のある，信頼性の高い8cH 血小板凝集計）

○PAT シリーズ　多チャンネル血小板凝集能測定装置
・PAT—6A, 4A, 2A
・PAT—6M, 4M, 2M
（実績のある信頼性の高い研究向け血小板凝集計）

○ATP 放出能・血小板凝集能同時測定装置
・ATP—1（Luciferin—Luciferase 法を応用）

山之内製薬株式会社

〒103 東京都中央区日本橋本町2—3—11

設立年月日：	昭和14年3月20日
資本金：	554億円
代表者名：	小野田 正愛
従業員数：	4,100名
工場所在地：	〒425　：焼津市大住180
	TEL：0546—27—5111
研究所所在地：	〒174　：東京都板橋区小豆沢1—1—8
	TEL：03—3960—5111
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬事業本部
	TEL：03—5608—5814　FAX：03—5608—5815

〔展示主要商品〕

ソルブル IL—2R／セルフリー IL—2R

特長：セルフリーは，血清中に遊離している免疫担当細胞の表面マーカーをEIA 法により定量的に捕捉し，病態モニタリングに役立てていく新しい測定法です。

〔取扱い商品〕

尿簡易検査用試験紙　○BM テストマークIII　○BM テスト L シリーズ
尿自動分析機　○メディグラフ
簡易血糖測定器　○アクトレンド　○アクトレンドミニ
生化学検査システム　○レフロトロン
血液検査容器　○山之内ディスポーザブル赤沈管，S タイプ，P タイプ
セディアシリーズ　○セディア—ジゴキシンII　○セディア T_4
○セディア T—Uptake
HBs 抗原検出用（R—PHA 法）キット　○リバースセル
HBs 抗体検出用（PHA 法）キット　○リバースセル Ab
血清中フェリチン測定用試薬キット　○フェリチンテスト「山之内」
尿中微量アルブミン測定用試薬（EIA 法）キット　○アルブミライサー

UNIFLEX 株式会社ユニフレックス

〒113 東京都文京区本郷3—26—4 ドルミ本郷7F

設立年月日：	1976年8月28日（昭和51年）
資本金：	1,150万円
代表者名：	服部 晃
従業員数：	35名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒277　　：柏市高田537—1
	TEL：0471—47—3751
商品問合せ先：	担当部門　：　同上
	TEL：　FAX：0471—44—8242

〔展示主要商品〕

ピペッター／メカトロピペッター

特長：メカトロピペッターは最新のメカトロニクスの枠を集めて作られたコンピューターコントロールのピペッターで，狂わない，個人差が出ない，軽く長時間使用でも疲れないなど，数々の特長があります。

〔取扱い商品〕

メカトロピペッター
メカトロペット　デュエット
γ線　滅菌チューブ
培養用プラスチック器具
各自動分析装置用サンプルカップ
検体輸送用容器

YOKOGAWA ◆

横河電機株式会社

〒180 武蔵野市中町2—9—32

設立年月日：	大正4年9月1日
資本金：	323億500万円
代表者名：	代表取締役社長 美川 英二
従業員数：	6,900名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	総合企画室
	TEL：0422—52—5742　FAX：0422—55—1202

〔展示主要商品〕

細胞診自動スクリーニング装置／AutoPap 300

特長：独自開発によるFOVコンピュータと細胞画像判読ソフトウェアにより子宮癌細胞の自動判別を行う。

RADIOMETER COPENHAGEN ラジオメータートレーディング株式会社

〒153 東京都目黒区三田1—12—23

設立年月日：	1990年8月30日
資本金：	4億9,000万円
代表者名：	ヨーゲン・モーリッセン
従業員数：	130名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　各営業所へお願いします
	TEL：　FAX：営業所一覧を参照

〔展示主要商品〕

血液ガス測定装置／血液ガスシステム ABL520

特長：血液ガス分析（pH，pCO_2，pO_2）と完全なオキシメトリー分析（tHb，sO_2，O_2Hb，COHb，MetHb，RHb）を一体化した世界で唯一の分析装置です。これにより酸塩基状態に加え，肺での酸素の摂取，組織への運搬，組織での放出についての情報が得られます。

〔取扱い商品〕

- 血液ガス分析装置：ABL520，ABL510，ABL505，ABL500，ABL50，ABL5，ABL330
- ヘモオキシメータ：OSM3
- 電解質分析装置：EML100，KNA2，ICA2
- 経皮血液ガスモニター：TCM3
- パルスオキシメータ：OXI
- 精度管理溶液：クオリチェック，マルチチェック
- 動脈血サンプラー：QS90，QS50
- 理化学分析装置：pH メーター，イオンメーター，自動滴定装置，他

WAKEN 和研薬株式会社

〒606 京都市左京区北白川西伊織町25

設立年月日：	昭和47年5月24日
資本金：	3,000万円
代表者名：	熊澤 保夫
従業員数：	80名
工場所在地：	〒525　：草津市下笠町字辻出945—1
	TEL：0775—68—3661
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL　：同上
商品問合せ先：	担当部門　：　販売促進部
	TEL：075—711—7171　FAX：075—721—8112

〔展示主要商品〕

電動デジタルピペット／EDP シリーズ

特長：マイクロプロセッサー内蔵により，高精度なピペッティングが可能で，用途に合わせて豊富な機種揃え。プッシュボタンにより各種設定が簡単で液晶表示も鮮明です。

〔取扱い商品〕

レイニン社電動デジタルピペット EDP2，EDP プラス，EDP プラス M8／ニューブランズウィックサイエンティフィック社シェーカー／ナプコサイエンティフィック社自動炭酸ガス細胞培養装置／ベルコ社回転培養装置，マイクロハイブリダイゼーションオーブン／ヒートシステム社超音波細胞破砕装置アストラソン，マイクロソン／セレックス社動物細胞大量培養装置など

和光純薬工業株式会社

〒541 大阪市中央区道修町3－1－2

設立年月日：	大正11年6月5日
資本金：	23億3,956万円
代表者名：	田中 幹晃
従業員数：	1,700名
工場所在地：	〒510－12 ：三重県三重郡菰野町大字大強原2613－2
	TEL：0593－93－4881
研究所所在地：	〒661 ：尼崎市高田町6－1
	TEL：06－499－1501
商品問合せ先：	担当部門 ： 臨床検査薬部
	TEL：営業所一覧を参照 FAX：

〔展示主要商品〕

便潜血測定システム

特長：採便容器の開栓・サンプリング・試薬分注を自動的に行うHem前処理ステーションと，96穴を5秒で測定する高性能マイクロプレートリーダーとの組合せにより，540検／hの高速で便潜血測定を行います。

〔取扱い商品〕

試　　薬：一般試薬・各種輸入試薬・生化学用試薬・各種用途別試薬・環境汚染物質測定用試薬・特殊合成用試薬・特殊分析用試薬・免疫血清研究用試薬・遺伝子工学研究用試薬

臨床検査薬：臨床検査用キット・尿簡易試験紙プレテスト・自動分析装置用試薬・コントロール血清・調製液・免疫血清学的検査薬・輸血関連試薬

機器・器具：便潜血測定システム・尿自動分析装置・尿比重計・尿中微量アルブミン専用測定機・エンドトキシン測定用機器・ビリルビンテスター・富士ドライケムシステム・血液凝固分析装置ドライヘマトシステム

化成品：重合開始剤・エレクトロニクス関係薬品・重合禁止剤・合成原料および中間体・医薬品原料・化粧品原料他

展示会社　住所録

（五十音順）

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
アイ・エム・アイ株式会社	本社／営業Ⅱ課	343	越谷市流通団地３－３－12	(0489) 88－4411
	札幌駐在所	003	札幌市白石区栄通13－７－21　ライブスクェア栄町１Ｆ	(011) 855－6839
	東京営業所	113	文京区本郷３－４－５　ハイム御茶ノ水	(03) 3816－4411
	横浜営業所	220	横浜市西区平沼２－４－14　山城ビル	(045) 316－1119
	名古屋営業所	465	名古屋市名東区社が丘１－1203	(052) 703－7394
	大阪営業所	564	吹田市垂水町３－18－９　ユーコービル	(06) 385－5205
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅南２－９－11　山善ビル	(092) 473－1871
	熊本駐在所	860	熊本市春日７－16－35　春日団地３－104号	(096) 359－7666
	静岡販売	420	静岡市梅屋町６－４	(054) 255－1278
アジア器材株式会社	本社	194	町田市森野２－27－12	(0427) 23－4670
	工場	229	相模原市田名49	(0427) 62－2703
	配送センター	229	相模原市大島中の原3027－３	(0427) 63－2284
アスカ純薬株式会社	本社	101	千代田区神田須田町２－４	(03) 3254－0575
	東京営業所	101	千代田区神田須田町２－４	(03) 3254－0575
	仙台事務所	983	仙台市宮城野区銀杏町19－８	(022) 256－5202
	名古屋事務所	460	名古屋市中区丸の内２－２－23	(052) 211－1925
	大阪事務所	541	大阪市中央区道修町１－４－１	(06) 201－0373
	福岡事務所	812	福岡市博多区東比恵２－20－27	(092) 473－9561
株式会社　アステックコーポレーション	本社	553	大阪市福島区野田５－17－22	(06) 466－1677
	東京営業所	105	港区浜松町２－７－15	(03) 3435－9471
株式会社　アムコ	本社	102	千代田区飯田橋４－８－７	(03) 3265－4265
	大阪支店	540	大阪市中央区釣鐘町２－４－17	(06) 942－5971
	名古屋支店	466	名古屋市昭和区鶴舞３－23－20	(052) 741－6051
	札幌出張所	060	札幌市中央区北３条東２－２	(011) 241－4428
アロカ株式会社	本社	181	三鷹市牟礼６－22－１	(0422) 45－5502
	東京事業所	198	青梅市今井３－７－19	(0428) 32－3111
	札幌支店	065	札幌市東区北33条東10－５－15	(011) 722－2205
	仙台支店	980	仙台市青葉区国分町３－９－８　田山ビル	(022) 262－7181
	水戸支店	310	水戸市石川町２－4249－5	(0292) 55－1811
	名古屋支店	460	名古屋市中区栄２－６－12　白川第一ビル	(052) 203－0571
	大阪支店	530	大阪市北区堂島浜１－４－28　日本無線㈱関西支社ビル	(06) 344－5391

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号
	広島支店	733	広島市西区中広町1－5－11　ホレスト・タウンビル	(082) 292－0019
	高松支店	760	高松市今里町1－8－12	(0878) 33－7633
	福岡支店	812	福岡市東区馬出4－3－10	(092) 633－3131
株式会社　イーアールシー	本社	332	川口市西青木5－8－6	(048) 259－0711
	東京営業本部	101	千代田区岩本町1－5－8	(03) 3861－8977
	大阪営業所	572	寝屋川市桜木町12－11	(0720) 39－5602
	ニューヨーク連絡事務所		109-23 71ST.RD.,APT.# 7・H,FOREST HILLS,NY.11375	(718) 575－1405
株式会社　医学生物学研究所	本社	460	名古屋市中区丸の内3－5－10　住友商事丸の内ビル5F	(052) 971－2081
	札幌事務所	001	札幌市北区北9条西4－7　エルムビル10F	(011) 717－6547
	仙台事務所	980	仙台市宮城野区榴岡2－1－15　新大内ビル4F	(022) 295－0121
	埼玉営業所	362	上尾市愛宕1－16－15　パール陽光ビル5F	(048) 775－9261
	東京営業所	168	杉並区永福4－19－4　安藤ビル内	(03) 3324－7331
	横浜営業所	231	横浜市中区山田町3－7　テラキISビル2F	(045) 243－4425
	名古屋営業所	461	名古屋市東区泉1－1－35　ハイエスト久屋ビル8F	(052) 972－0470
	大阪営業所	532	大阪市淀川区西中島1－9－20　新中島ビル3F	(06) 305－2039
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅東3－1－4　タカ福岡ビル5F	(092) 481－0530
伊藤忠テクノサイエンス株式会社	本社	154	世田谷区駒沢1－16－7	(03) 3419－9255
	三軒茶屋オフィス	154	世田谷区三軒茶屋2－11－2　サンタワーズセンタービル	(03) 3419－9000
	大阪支店	102	大阪市中央区北久宝寺町4－2－10　東明ビル	(06) 241－4770
	名古屋支店	460	名古屋市中区錦3－6－29　サウスハウス	(052) 963－8530
	札幌支店	060	札幌市中央区北3条西1－1－1　ナショナルビル	(011) 281－2891
	大宮支店	330	大宮市高鼻町1－20－1　大宮中央ビル	(048) 647－7915
	横浜支店	222	横浜市港北区新横浜3－18－14　光正第一ビル	(045) 474－0411
	広島支店	730	広島市中区鉄砲町5－7　広島偕成ビル	(082) 223－2153
	福岡支店	810	福岡市中央区大名2－9－2　福岡共栄火災ビル	(092) 713－8513
乾商事株式会社	本社	534	大阪市都島区東野田町1－5－15	(06) 352－4321
	東京営業所	113	文京区本郷2－16－7	(03) 3812－5650
	福岡出張所	812	福岡市博多区博多駅前4－23－26	(092) 482－1381
株式会社　エイアンドティー	本社・東京営業所	191	日野市日野320－11	(0425) 86－3111
	盛岡営業所	020-01	盛岡市前九年3－13－3	(0196) 47－1033
	名古屋営業所	461	名古屋市名東区丁田町63　メゾンド上社1F	(052) 776－3105

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	大阪営業所	564	吹田市芳野町1－4	(06) 337－1555
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅南2－10－8	(092) 414－4333
株式会社 エイヴィエル	本社	113	文京区本郷3－2－3 TIKビル	(03) 5800－3866
	大阪支社	541	大阪市中央区淡路町3－6－12 大阪屋ローズプラザ	(06) 229－1460
	福岡支社	816	福岡市博多区諸岡5－3－6 ピュアドーム井尻	(092) 501－3083
栄研化学株式会社	本社	113	文京区本郷1－33－8	(03) 3813－5401
	札幌営業所	060	札幌市中央区大通西14－3－23 札幌泉ビル	(011) 281－5401
	仙台営業所	980	仙台市青葉区木町通2－1－33 伊沢竹に雀ビル	(022) 272－3501
	東京第1／2営業所	130	墨田区両国1－12－8 ムネカワビル	(03) 3634－4461／2491
	名古屋営業所	460	名古屋市中区丸の内3－8－8 小島ビル	(052) 951－3022
	京都営業所	604	京都市中京区烏丸通二条上ル280 第百生命ビル	(075) 212－7277
	大阪営業所	541	大阪市中央区淡路町4－4－13 南星ビル	(06) 202－6471
	広島営業所	733	広島市西区己斐本町2－12－30 SKビル	(082) 271－5319
	高松営業所	760	高松市新町12－1 徳寿ビル	(0878) 37－7787
	福岡営業所	810	福岡市中央区天神4－2－36 天神栄泉ビル	(092) 751－2227
エム・シー・メディカル株式会社	本社	160	新宿区大京町22 PJビルディング	(03) 3357－7855
	大阪営業所	542	大阪市中央区南船場2－1－10 船場モンブランビル	(06) 271－7855
	九州営業所	812	福岡市博多区豊1－8－21 第3岩吉ビル	(092) 476－0833
ヱルマ販売株式会社	本社	113	文京区湯島2－31－6	(03) 3818－6261
	大阪営業所	532	大阪市淀川区西中島3－11－26 新大阪末広センタービル	(06) 303－2325
	福岡営業所	810	福岡市中央区舞鶴3－6－17	(092) 715－2626
	東北出張所	989-61	古川市小泉大小447－7	(0229) 22－7807
大塚製薬株式会社診断事業部	診断事業部	160	新宿区西新宿2－4－1 NSビル	(03) 3342－7085
	札幌営業所	060	札幌市中央区南1条西7－12	(011) 271－5871
	仙台営業所	981	仙台市青葉区堤通雨宮町3－23	(022) 272－4300
	東京営業所	160	新宿区西新宿2－4－1 NSビル	(03) 3342－7871
	名古屋営業所	460	名古屋市中区丸の内3－13－21	(052) 951－1891
	富山営業所	939	富山市中野新町2－1－8	(0764) 91－1451
	大阪営業所	530	大阪市北区中之島6－2－27 NCB 8F	(06) 441－6101
	広島営業所	733	広島市西区楠木町1－14－31	(082) 294－9278
	福岡営業所	812	福岡市博多区奈良屋町13－13	(092) 262－4736

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	徳島営業所	771-01	徳島市川内町平石字夷野224—18	(0886) 65—1721
オーソ・ダイアグノスティック・システムズ株式会社	本社	135	江東区東陽6—3—2　イースト21タワー	(03) 5632—7300
	カスタマーサービスセンター	135	江東区東陽6—3—2　イースト21タワー	(0120) 03—6527
小野薬品工業株式会社	本社	541	大阪市中央区道修町2—1—5	(06) 222—5551
オムロン株式会社	本社	600	京都市下京区烏丸通七条下ル	(075) 344—7000
	東京本社	105	港区虎ノ門3—4—10	(03) 3436—7055
	大阪事業所	541	大阪市中央区南久宝寺町3—6—6　御堂筋センタービル	(06) 282—2576
オリンパス販売株式会社	東京販売本部	151	渋谷区幡ヶ谷2—43—2	(03) 3375—6333
	札幌支店	060	札幌市中央区北3条西4丁目　日本生命札幌ビル	(011) 222—2551
	仙台支店	980	仙台市青葉区一番町1—3—1　日本生命仙台ビル	(022) 223—7821
	大宮支店	331	大宮市桜木町1—7—5　ソニックシティビル	(048) 644—8122
	横浜支店	220	横浜市西区北幸1—7—2　横浜駅西口ビル	(045) 311—2028
	名古屋支店	460	名古屋市中区錦2—19—25　日本生命広小路ビル	(052) 201—9601
	大阪支店	542	大阪市中央区南船場2—12—26　オリンパス大阪センター	(06) 252—6695
	広島支店	730	広島市中区八丁堀16—11　日本生命広島第2ビル	(082) 228—1921
	福岡支店	811	福岡市中央区天神1—14—1　日本生命福岡ビル	(092) 711—1881
オルガノ株式会社	本社	113	文京区本郷5—5—16	(03) 5689—5127
	札幌支店	064	札幌市中央区大通西21—2—12	(011) 643—0901
	仙台支店	980	仙台市青葉区一番町4—1—1	(022) 261—6801
	名古屋支店	450	名古屋市中村区名駅4—5—20	(052) 583—1861
	大阪支店	530	大阪市堂島1—5—17	(06) 341—2676
	広島支店	730	広島市中区基町12—3	(082) 228—9977
	福岡支店	810	福岡市中央区渡辺通1—1—1	(092) 714—1700
オルガノンテクニカ株式会社	本社	160	新宿区歌舞伎町2—31—11　第2モナミビル	(03) 3232—4333
	東京営業所	160	新宿区歌舞伎町2—31—11　第2モナミビル	(03) 3232—4479
	盛岡駐在所	020	盛岡市永井24—52—7	(0196) 39—0939
	仙台営業所	980	仙台市青葉区北目町2—40—701	(022) 266—5553
	名古屋営業所	460	名古屋市中区新栄2—1—9　雲竜ビル東館606	(052) 251—7871
	大阪営業所	541	大阪市中央区安土町3—2—15　永島ビル5F	(06) 271—7841
	広島営業所	733	広島市西区天満町7—5　第2西村ビル204	(082) 295—8138
	福岡営業所	812	福岡市博多区大博町3—30　博多永久ビル2F	(092) 291—2413

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
株式会社　カイノス	本社	113	文京区湯島4－2－1	(03) 3816－4480
	札幌営業所	060	札幌市北区北7条西4－1－2	(011) 737－5290
	仙台営業所	982	仙台市太白区長町南3－3－43	(022) 249－5527
	東京営業所	113	文京区湯島4－2－1	(03) 3816－4481
	名古屋営業所	464	名古屋市千種区星ヶ丘元町14－70	(052) 783－1364
	大阪営業所	533	大阪市東淀川区西淡路1－1－32	(06) 370－1131
	広島営業所	730	広島市中区上幟町7－3	(082) 224－1480
	四国営業所	760	高松市昭和町1－3－34	(0878) 37－2331
	福岡営業所	812	福岡市博多区駅東1－14－34	(092) 441－6996
	鹿児島出張所	890	鹿児島市武岡1－17－1	(0992) 82－5552
片山化学工業株式会社	本社	541	大阪市中央区道修町2－5－10	(06) 203－3441
	東京営業所	101	千代田区岩本町2－14－8	(03) 3864－1177
	池田営業所	563	池田市鉢塚1－9－14	(0727) 63－1920
	岡山出張所	703	岡山市神下82－3	(086) 279－2542
	徳島出張所	770	徳島市南矢三町2－6－33	(0886) 32－3138
	筑波出張所	305	つくば市二の宮2－14－17	(0298) 51－0164
	三田事業所	669-13	三田市テクノパーク16－4	(0795) 68－2641
萱垣医理科工業株式会社	仙台営業所	980	仙台市青葉区国見319－8	(022) 234－1433
	名古屋営業所	452	名古屋市西区中小田井3－289	(052) 501－2744
	大阪営業所	540	大阪市中央区内平野町2－3－8	(06) 895－1800
関東化学株式会社	本社	103	中央区日本橋本町3－2－8	(03) 3279－1751
	大阪支店	541	大阪市中央区瓦町2－5－1	(06) 231－1672
	福岡支店	812	福岡市博多区山王1－1－32　博多堀池ビル	(092) 414－9361
	札幌営業所	004	札幌市豊平区美しが丘1条8－4－1	(011) 882－1511
	仙台営業所	983	仙台市宮城野区日の出町1－7－9	(022) 284－0175
	埼玉営業所	364	北本市中丸3－82	(0485) 92－2361
	筑波営業所	300-22	茨城県筑波郡谷和原村大字福岡2504－1	(0297) 52－4816
	静岡営業所	422	静岡市中村町393	(054) 281－2010
	中京営業所	491	一宮市大和町妙興寺字中之町4	(0586) 24－1725
	臨床検査薬部	103	中央区日本橋室町3－4－6	(03) 3270－6500
株式会社　キューアル	本社	812	福岡市博多区博多駅東1－16－31	(092) 474－2678

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
極東製薬工業株式会社	本社	103	中央区日本橋本町3－1－1	(03) 3270—1641
	札幌営業所	060	札幌市中央区北4条西12丁目	(011) 271—1003
	仙台営業所	983	仙台市若林区卸町東1－2－9	(022) 238—8721
	東京営業所	110	台東区上野3－1－10	(03) 3843—2701
	名古屋営業所	465	名古屋市名東区社台3－53	(052) 776—8631
	大阪営業所	532	大阪市淀川区西中島3－18—21	(06) 304—5446
	広島営業所	732	広島市南区東荒神町3－35	(082) 262—5446
	高知営業所	780	高知市本町4－2－52	(0888) 25—3031
	福岡営業所	813	福岡市東区多の津4－12—11	(092) 621—2345
	高萩工場	318	高萩市大字上手綱朝山3333—26	(0293) 23—0911
株式会社 京都第一科学	本社及び京都営業所	601	京都市南区東九条西明田町57	(075) 672—5311
	札幌営業所	062	札幌市豊平区月寒東3条3－1－21 吉田ビル1F	(011) 851—1122
	仙台営業所	981	仙台市青葉区堤通雨宮町2－21 レインボービル2F	(022) 234—1516
	東京第一営業所	103	中央区日本橋兜町11—11 ニッシンビル4F	(03) 3664—1841
	名古屋営業所	465	名古屋市名東区高社1－24－8 三陽ドーリエビル4F	(052) 777—1601
	大阪営業所	564	吹田市江坂町1－16—31 KIMビル1F	(06) 337—8311
	阪神営業所	665	宝塚市泉町27－5 泉町コーポ101号	(0797) 84—6665
	広島営業所	733	広島市西区天満町6－12 岩崎ビル104号	(082) 294—0533
	高松営業所	761-17	香川県香川郡香川町大字浅町字下久保614－8	(0878) 88—1510
	福岡営業所	815	福岡市南区那の川1－4－3 第3MKビル3号	(092) 526—1407
協和メデックス株式会社	本社	104	中央区入舟2－1－1 住友入舟ビル	(03) 3297—8104
	東京支店	104	中央区入舟2－1－1 住友入舟ビル	(03) 3297—8111
	大阪支店	532	大阪市淀川区新北野1－14—11	(06) 886—0731
	札幌営業所	060	札幌市中央区大通西7－1	(011) 261—3127
	仙台営業所	980	仙台市青葉区本町1－12—12	(022) 262—7691
	名古屋営業所	460	名古屋市中区丸の内3－21—25	(052) 962—7370
	四国営業所	790	松山市一番町3－2－11	(0899) 45—1288
	広島営業所	732	広島市南区稲荷町2－16	(082) 262—6612
	九州営業所	812	福岡市博多区博多駅前2－2－1	(092) 474—5222
久保田商事株式会社	本社	113	文京区本郷3－29－9	(03) 3815—1331
	札幌	001	札幌市北区北32条西2－3－12	(011) 758—3920

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	仙台	980	仙台市青葉区宮町4－5－43	(022) 223－4927
	つくば	305	つくば市東新井26－17	(0298) 56－3211
	新潟	950	新潟市堀之内南2－8－16	(025) 241－8407
	名古屋	460	名古屋市中区新栄1－17－24	(052) 262－3705
	大阪	540	大阪市中央区内久宝寺町4－2－17	(06) 762－8471
	広島	730	広島市中区南竹屋町2－12	(082) 243－6514
	四国	790	松山市和泉北2－6－31	(0899) 46－1080
	福岡	812	福岡市東区筥松1－6－11	(092) 621－1161
クリーンケミカル株式会社	本社	541	大阪市中央区淡路町2－1－10－404	(06) 227－1915
	東京営業所	169	新宿区西早稲田3－30－22－601	(03) 3204－2688
	札幌出張所	004	札幌市厚別区上野幌1条6－2－17	(011) 894－2539
	仙台出張所	982	仙台市若林区石名坂86	(022) 246－0630
	茨城出張所	307	結城市逆井11,151－5	(0296) 32－4233
	名古屋出張所	489	瀬戸市水北町852－3	(0561) 48－3677
	名古屋西出張所	493	津島市愛宕町1－50－1－501	(0567) 25－9496
	広島出張所	731-51	広島市佐伯区五日市町大字上河内136－5	(082) 927－1374
	福岡出張所	811-34	宗像市朝野242	(0940) 33－5831
グンゼ産業株式会社	本社	101	千代田区九段南2－3－1	(03) 5211－1811
	大阪支店	540	大阪市中央区大手前1－7－31 OMMビル6F	(06) 944－2619
国際試薬株式会社	本社	651	神戸市中央区浜辺通2－1－30	(078) 231－4151
	札幌営業所	062	札幌市白石区南郷通3－北1－1	(011) 862－1259
	仙台営業所	980	仙台市青葉区国分町1－8－14	(022) 225－5607
	東京営業所	101	千代田区内神田1－15－16	(03) 3291－3476
	名古屋営業所	461	名古屋市北区大曽根町本町2－620	(052) 911－6065
	京都営業所	600	京都市下京区中堂寺南町65－2	(075) 315－4500
	大阪営業所	541	大阪市中央区北久宝寺町2－1－7	(06) 262－7301
	広島営業所	733	広島市中区本川町2－1－12 パレス21	(082) 294－0642
	高松営業所	761	高松市勅使町720－5	(0878) 67－1021
	福岡営業所	812	福岡市博多区東比恵2－20－20	(092) 411－2187
コスモ株式会社	本社	171	豊島区南長崎1－9－18	(03) 3952－9212
	大阪営業所	532	大阪市淀川区西三国4－3－46	(06) 392－1721

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅南3—10—23　第5西田ビル	(092) 412—6355
	広島営業所	733	広島市西区中広町3—1—51	(082) 233—6836
株式会社　コスモテック	本社	101	千代田区岩本町3—7—11	(03) 5687—5787
小林記録紙株式会社	本社	448	刈谷市小垣江町北高根115	(0566) 21—5361
	営業企画部 医療グループ	460	名古屋市中区栄3—2—9　明治屋ビル4F	(052) 262—6601
Colby Group International Inc.	本社	154	世田谷区上馬5—30—11	(03) 3419—3511
サクラ精機株式会社	タケダ本町ビル別館	103	中央区日本橋本町2—1—7　タケダ本町ビル6F	(03) 3231—1610
	練馬センター	179	練馬区氷川台3—1—10	(03) 5398—6220
	本郷営業所	113	文京区湯島2—16—10	(03) 3814—2811
	横浜営業所	221	横浜市神奈川区鶴屋町3—35—11	(045) 311—7971
	札幌営業所	060	札幌市中央区南1条西5—18	(011) 222—5831
	仙台営業所	980	仙台市青葉区国分町1—7—18	(022) 263—5131
	名古屋営業所	461	名古屋市東区白壁3—12—13	(052) 932—0485
	大阪営業所	530	大阪市北区梅田1—11—4—2100	(06) 341—3788
	中・四国営業所	700	岡山市新保1307—3	(086) 246—3266
	福岡営業所	812	福岡市東区馬出2—2—35	(092) 633—3301
三光純薬株式会社	本社営業企画部	101	千代田区岩本町1—10—6	(03) 3863—3271
	東京支店 東京第2支店	101	千代田区岩本町1—7—1	(03) 3863—3261
	大阪支店	532	大阪市淀川区宮原町5—8—5	(06) 391—2501
	札幌営業所	060	札幌市東区北6条東2—8	(011) 711—3690
	仙台営業所	980	仙台市青葉区一番町1—15—11	(022) 267—2291
	横浜営業所	231	横浜市中区尾上町6—89	(045) 641—2531
	名古屋営業所	453	名古屋市中村区長筬町5—49	(052) 412—3772
	広島営業所	730	広島市中区銀山町1—11	(082) 243—2678
	高松営業所	760	高松市桜町2—15—40	(0878) 31—8964
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅東3—10—15	(092) 482—2751
	熊本営業所	862	熊本市上水前寺2—10—26	(096) 381—6254
三共株式会社	本社	103	中央区日本橋本町3—5—1	(03) 5255—7111
	札幌支店	060	札幌市中央区大通西8—1	(011) 241—6191
	仙台支店	980	仙台市青葉区国分町1—7—16	(022) 221—2191
	東京第一支店	105	港区西新橋3—3—1　西新橋TSビル	(03) 5402—1001

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	横浜支店	220	横浜市西区楠町8－4	(045) 311－3744
	東京第二支店	103	中央区日本橋本町2－1－5　東京薬業会館	(03) 5200－0600
	名古屋支店	460	名古屋市中区丸の内3－4－36	(052) 951－1191
	大阪支店	541	大阪市中央区道修町1－3－13	(06) 203－3421
	京都支店	600	京都市下京区五条通高倉西入ル万寿寺町143	(075) 344－8900
	広島支店	730	広島市中区土橋町6－8	(082) 293－5111
	高松支店	760	高松市中新町13－1	(0878) 31－0221
	福岡支店	812	福岡市博多区下呉服町1－6	(092) 281－8121
株式会社　三和化学研究所	本社	461	名古屋市東区東外堀町	(052) 951－8130
	札幌支店	060	札幌市中央区北4条西16丁目	(011) 621－5630
	仙台支店	982	仙台市太白区泉崎2－26－9	(022) 244－1155
	東京支店	160	新宿区新宿6－24－16	(03) 3232－0361
	名古屋支店	461	名古屋市東区芳野1－12－3	(052) 931－8630
	大阪支店	532	大阪市淀川区宮原4－3－5	(06) 394－3831
	広島支店	730	広島市中区東白島町20－8	(082) 223－7711
	福岡支店	812	福岡市博多区博多駅前1－4－4	(092) 411－5855
株式会社　システムズ	本社	222	横浜市港北区新横浜2－17－2　ナラビル7F	(045) 474－7231
シグマ精器株式会社	本社	140	品川区北品川1－22－17	(03) 3474－9591
ジーエルサイエンス株式会社	大阪支店	530	大阪市北区天満1－7－21	(06) 357－5060
	東北営業所	960	福島市岡島字長岬5－3	(0245) 33－2244
	筑波営業所	300	土浦市富士崎1－17－1	(0298) 24－3281
	千葉営業所	260	千葉市中央区新町1－13	(043) 248－2441
	北関東営業所	330	大宮市宮原町1－38	(048) 667－1611
	横浜営業所	222	横浜市港北区新横浜2－12－11	(045) 475－1144
	静岡営業所	422	静岡市馬淵3－2－25	(054) 288－5252
	名古屋営業所	461	名古屋市東区代官町40－18	(052) 931－1761
	広島営業所	730	広島市中区舟入町2－20	(082) 233－1101
	九州営業所	812	福岡市博多区古門戸町2－4	(092) 291－5200
株式会社　島津製作所	本社	604	京都市中京区西ノ京桑原町1	(075) 823－1111
	東京支社	101	千代田区神田錦町1－3	(03) 3219－5555
	大阪支社	530	大阪北区芝田1－1－4　阪急ターミナルビル14F	(06) 373－6522

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	札幌支店	060	札幌市中央区北5条西6－2－2　札幌センタービル8F	(011) 205—5500
	仙台支店	980	仙台市青葉区中央2—10—30　仙台明芳ビル5F	(022) 221—6231
	横浜支店	220	横浜市西区北幸2—10—27　東武立野ビル6F	(045) 311—4105
	名古屋支店	450	名古屋市中村区名駅3—28—12　大名古屋ビル5F	(052) 565—7500
	京都支店	604	京都市中京区西ノ京桑原町1	(075) 811—8175
	福岡支店	812	福岡市博多区冷泉町4—20	(092) 271—0331
	広島支店	730	広島市中区袋町4—25　明治生命ビル15F	(082) 248—4311
株式会社　常光	本社	113	文京区本郷3—19—4	(03) 3815—1717
	東京技術研究所	213	川崎市高津区宇奈根731—1	(044) 811—9211
	大阪支店	530	大阪市北区天満4—14—19	(06) 353—2441
	名古屋支店	460	名古屋市中区千代田5—8—30	(052) 251—3878
	福岡支店	812	福岡市博多区古門戸町3—12	(092) 281—5757
	札幌支店	060	札幌市北区北7条西2丁目	(011) 736—1311
	仙台営業所	983	仙台市若林区卸町1—6—15	(022) 236—0972
	広島営業所	730	広島市中区竹屋町3—22	(082) 241—3252
	試薬機器部	113	文京区本郷3—19—4	(03) 3815—1717
	国際部	113	文京区本郷3—19—4	(03) 3814—1981
真興交易株式会社	本社	106	港区南麻布2—8—18	(03) 3456—0072
	仙台営業所	980	仙台市青葉区一番町1—17—24	(022) 215—0072
	名古屋営業所	461	名古屋市東区葵3—15—31	(052) 933—1611
	大阪営業所	530	大阪市北区西天満6—2—14	(06) 313—0072
	福岡営業所	810	福岡市中央区大手門2—1—10	(092) 751—1868
新星化成株式会社	本社	162	新宿区早稲田鶴巻町111　ワセダ福田ビル301号	(03) 3984—4022
住友製薬株式会社	大阪本社	541	大阪市中央区伏見町2—1—1	(06) 229—5649
	東京本社	101	千代田区神田駿河台3—11	(03) 5280—6641
積水化学工業株式会社	北海道支店	001	札幌市北区北12条西3—18	(011) 737—6705
	東京本社	105	港区虎ノ門3—4—7	(03) 3434—9191
	中部支店	450	名古屋市中村区名駅4—7—35	(052) 583—6188
	中・四国支店	732	広島市南区稲荷町2—16	(082) 264—3881
	九州支店	812	福岡市博多区綱場町1—1	(092) 271—1642
株式会社　セコニック	本社	178	練馬区大泉学園町7—24—14	(03) 3978—2332

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	池田工場	399-86	長野県北安曇郡池田町大字池田2714	(0261) 62—9600
	東京支店	162	新宿区市ケ谷田町3—8　新杵ビル	(03) 3269—7241
	大阪支店	541	大阪市中央区本町2—3—6　本町ビジネスビル	(06) 263—1571
株式会社　セロテック	本社	062	札幌市豊平区月寒中央通5—1—10	(011) 855—1131
	東京支店東京営業所	170	豊島区東池袋1—7—5　池袋イースタンビル5F	(03) 5950—2664
	大阪営業所	532	大阪市淀川区宮原1—2—40　ウィルファースト新大阪401	(06) 395—0822
	新潟営業所	950	新潟市新光町17　日軽ビル3F	(025) 283—6527
	北関東営業所	350-11	川越市新宿町5—16—7　ハイムK　B号	(0492) 47—3370
	仙台営業所	981	仙台市青葉区北根1—1—37　アスクビル3F	(022) 274—0840
	京滋営業所	601	京都市南区西九条蔵王町53　ケンジントンハウス4　407号	(075) 662—8052
	名古屋駐在所	465	名古屋市名東区猪高町高針原100—1　ファミール高針原303号	(052) 701—3689
株式会社　セントラル科学貿易	本社	111	台東区柳橋1—8—1	(03) 5820—1509
	大阪支店	533	大阪市東淀川区西淡路1—1—36	(06) 325—3171
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅南1—2—15	(092) 482—4000
	札幌出張所	001	札幌市北区北37条西9—1—10—107　ピアレス麻生	(011) 746—4442
セントラルメディカルサプライ株式会社	本社	310	水戸市白梅3—4—15	(0292) 27—3555
株式会社　ダイアヤトロン	本社	101	千代田区東神田2—1—11	(03) 3863—6241
	東京・北関東・西関東営業所	101	千代田区東神田2—1—11	(03) 3863—6241
	札幌営業所	060	札幌市中央区南1条西7—15	(011) 271—6961
	仙台営業所	981	仙台市青葉区北根1—10—18	(022) 272—2011
	名古屋営業所	465	名古屋市名東区高社1—253	(052) 772—9561
	大阪営業所	533	大阪市東淀川区東中島1—18—31	(06) 325—3621
	広島営業所	733	広島市西区南観音7—13—20	(082) 291—4601
	高松営業所	760	高松市松島町2—5—6	(0878) 31—5241
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅東3—14—21	(092) 471—7188
	南九州営業所	891-01	鹿児島市上福元町4209—1	(0992) 67—6701
第一化学薬品株式会社	本社	103	中央区日本橋3—13—5	(03) 3272—0681
	首都圏営業所	103	中央区東日本橋2—8—3	(03) 3851—6161
	東日本営業所	103	中央区東日本橋2—8—3	(03) 3851—6161
	西日本営業所	540	大阪市中央区大手通3—1—11	(06) 941—8091
	九州営業所	812	福岡市博多区山王1—10—37	(092) 451—0511

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	北海道営業所	003	札幌市白石区東札幌6条1－2－30	(011) 822－2345
	中部営業所	464	名古屋市千種区内山3－8－10	(052) 733－5631
ダイキン工業株式会社	本社	530	大阪市北区中崎西2－4－12	(06) 373－1201
	MEC研究所	305	つくば市御幸が丘3	(0298) 58－5001
ダイナボット株式会社	本社	105	港区虎ノ門3－8－21　第33森ビル	(03) 3437－9441
	札幌営業所	060	札幌市中央区大通西16－1－30　芙蓉第10ビル4F	(011) 614－7721
	仙台営業所	980	仙台市青葉区本町2－10－28　千代田生命仙台本町ビル8F	(022) 265－2473
	関東営業所	130	墨田区吾妻橋2－2－1　オオイケビル4F	(03) 3625－3133
	東京営業所	160	新宿区大京町24　住友外苑ビル5F	(03) 3351－5121
	名古屋営業所	460	名古屋市中区上前津2－14－15　沖福ビル4F	(052) 332－1741
	大阪営業所	532	大阪市淀川区宮原4－5－36　セントラル新大阪ビル11F	(06) 350－4911
	広島営業所	730	広島市中区大手町2－7－10　広島三井ビル8F	(082) 245－7401
	福岡営業所	812	福岡市博多区中呉服町6－10　大日本製薬福岡ビル6F	(092) 291－6651
	熊本営業所	860	熊本市中央街3－8　熊本大同生命ビル9F	(096) 355－7611
橘電気株式会社	本社	114	北区田端1－16－13	(03) 3828－6131
	関東支店	323	小山市稲葉郷456　日本MEシステム㈱内	(0285) 22－7068
	東北営業所	992	米沢市春日3－3－9　日本MEシステム㈱内	(0238) 21－7840
大日本製薬株式会社	本社	541	大阪市中央区道修町2－6－8	(06) 203－5321
	ラボラトリープロダクツ部	564	吹田市江の木町33－94	(06) 386－2164
	ラボラトリープロダクツ部谷中分室	110	台東区谷中3－25－6	(03) 3828－6544
ダコ・ジャパン株式会社	本社	600	京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル	(075) 211－3655
	東京オフィス	101	千代田区神田須田町2－3－16　千代田パリオンビル6F	(03) 5256－6436
チバ・コーニング・ダイアグノスティックス株式会社	本社	150	渋谷区恵比寿1－19－15　ウノサワ東急ビル	(03) 3440－2411
	札幌営業所	003	札幌市白石区平和通10－北11－21	(011) 846－3255
	盛岡営業所	020	盛岡市本町通3－6－1　アメニティハイツ1F	(0196) 24－2751
	仙台営業所	980	仙台市青葉区春日町4－13	(022) 222－6296
	東京支店	141	品川区上大崎4－5－37　山京目黒ビル	(03) 5496－4261
	名古屋営業所	466	名古屋市昭和区御器所通り2－10	(052) 852－7333
	大阪支店	564	吹田市垂水町3－18－9　ユーコービル	(06) 380－0333
	広島営業所	733	広島市西区南観音3－5－2　空港通りビル	(082) 295－8211
	高松営業所	760	高松市番町2－17－15　第2讃機ビル	(0878) 51－5430

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅前3—10—24	(092) 474—3640
テカンジャパン株式会社	本社	183	府中市八幡町2—26—3	(0423) 34—1790
	大阪営業所	533	大阪市東淀川区東中島1—2—7—502	(06) 370—1966
株式会社 テクノメディカ	本社	213	川崎市高津区溝ノ口1215—1	(044) 812—1220
	開発センター	213	川崎市高津区坂戸3—2—1 KSP東棟502	(044) 819—2432
	名古屋支店	464	名古屋市千種区今池4—4—9	(052) 741—1516
	大阪支店	564	吹田市垂水町1—28—6—501	(06) 337—3432
	福岡支店	816	福岡市博多区板付6—12—35	(092) 573—8860
テラメックス株式会社	本社	612	京都市伏見区竹田桶ノ井町45—3	(075) 622—3551
	営業本部	154	世田谷区三軒茶屋2—14—11 ローヤルマンション三軒茶屋402	(03) 5481—2777
	京都営業所	612	京都市伏見区竹田桶ノ井町45—3	(075) 622—3551
テルモ株式会社	本社	151	渋谷区幡ヶ谷2—44—1	(03) 3374—8111
	札幌支店	003	札幌市白石区中央3条3—6—33	(011) 812—1258
	仙台支店	983	仙台市若林区六丁の目南町4—20	(022) 288—7086
	千葉支店	260	千葉市中央区都町2—16—1 第2新日本ビル2F	(043) 233—0361
	東京支店	151	渋谷区幡ヶ谷2—44—1	(03) 3374—8211
	東京第二支店	136	江東区亀戸2—26—10 立花亀戸ビル8F	(03) 5626—6311
	名古屋支店	465	名古屋市名東区小井堀町603	(052) 702—2121
	大阪支店	566	摂津市千里丘6—4—2	(06) 387—4800
	岡山支店	700	岡山市泉田20—7	(086) 226—6160
	福岡支店	816	福岡市博多区麦野3—14—25	(092) 582—1241
デュポン株式会社	本社	153	目黒区下目黒1—8—1 アルコタワー	(03) 5434—6100
	大阪支社	541	大阪市中央区高麗橋4—2—7 興銀ビル	(06) 228—0825
	名古屋支店	450	名古屋市中村区名駅南1—24—30 三井ビル13F	(052) 571—7716
	麻布事業所	106	港区元麻布3—4—26 ザ・バンガード元麻布	(03) 5421—1357
	川崎事務所	210	川崎市川崎区伊勢町13—16	(044) 244—7371
	福岡事務所	810	福岡市中央区天神2—14—8 福岡天神センタービル15F	(092) 761—7792
デンカ生研株式会社	本社	103	中央区日本橋兜町12—1	(03) 3669—9091
	新潟工場	959-16	五泉市南本町1—2—2	(0250) 43—4111
	大阪営業所	532	大阪市淀川区西中島4—7—18	(06) 307—7061
	名古屋営業所	464	名古屋市千種区今池南29—16	(052) 732—5561

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅前4－8－15	(092) 414－7071
	新潟営業所	950	新潟市新光町17	(025) 285－8641
	札幌営業所	060	札幌市中央区大通西18－1－26	(011) 615－2866
	仙台営業所	980	仙台市青葉区一番町1－4－1	(022) 264－1138
東亞医用電子株式会社	本　　社	650	神戸市中央区港島中町7－2－1	(078) 303－5640
	東京支店	113	文京区本郷1－24－1　本郷MFビル	(03) 3814－5046
	大阪支店	564	吹田市江坂町1－23－43　ファサード江坂ビル	(06) 337－8300
	仙台営業所	980	仙台市青葉区二日町7－32　勾当台ハイツ1F	(022) 223－7411
	名古屋営業所	465	名古屋市名東区社台3－85－1	(052) 775－8101
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅南4－9－24	(092) 411－4314
	札幌営業所	060	札幌市中央区北2条西13－1　SKビル	(011) 281－6116
	静岡営業所	422	静岡市敷地1－21　登呂コープタウン12－A	(054) 237－4815
	広島営業所	730	広島市中区東白島町6－11　東白島ビル	(082) 221－7710
	高松営業所	760	高松市塩上町1－2－7　ミユキビル1F	(0878) 34－6060
学校法人 滋慶学園 東京医薬専門学校	所　在　地	134	江戸川区東葛西6－5－12	(03) 3688－6161
東芝メディカル株式会社	本　　社	113	文京区本郷3－26－5	(03) 3818－2111
	北海道支店	060	札幌市中央区北3条西4丁目　日本生命ビル	(011) 231－9116
	東北支社	980	仙台市青葉区大町2－2－10　住友生命青葉ビル	(022) 262－3511
	関東支社	331	大宮市桜木町1－7－5　ソニックシティ	(048) 644－4876
	東京支社	104	中央区京橋1－19－85　大野ビル	(03) 3562－0211
	中部支社	450	名古屋市中村区名駅南1－4－12　ガーデンビル	(052) 581－9311
	関西支社	530	大阪市北区西天満5－2－18　高橋ビル東館	(06) 362－6341
	中国支店	730	広島市中区紙屋町1－2－22　第一工電ビル	(082) 248－2421
	四国支店	760	高松市寿町1－3－2　高松第一生命ビル	(0878) 51－3786
	九州支社	810	福岡市中央区渡辺通2－1－82　電気ビル	(092) 712－5811
東ソー株式会社	東京本社診断システム課	104	中央区京橋3－2－4	(03) 3275－1221
	大阪支店科学計測課	530	大阪市北区堂島浜1－2－6	(06) 344－3857
	名古屋支店科学計測課	460	名古屋市中区錦1－17－13	(052) 211－5730
	福岡支店	810	福岡市中央区天神1－13－2	(092) 781－0481
	仙台支店	980	仙台市青葉区一番町2－4－1	(022) 266－2341
	山口営業所	746	新南陽市開成町4560	(0834) 63－9888

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	科学計測つくば営業所	305	つくば市天久保1—16—10	(0298) 55—8166
	科学計測徳島営業所	770	徳島市助任橋1—22	(0886) 23—8810
	科学計測静岡営業所	420	静岡市御幸町5—9	(054) 273—1581
	科学計測富山営業所	931	富山市岩瀬古志町2	(0764) 37—4937
富田システムズ株式会社	本社	105	港区浜松町2—2—5	(03) 5472—8790
	大阪	532	大阪市淀川区西中島4—3—5	(06) 307—2341
	岡山	700	岡山市錦町1—1	(086) 234—6045
東レ株式会社	本社	103	中央区日本橋室町2—2—1	(03) 3245—5790
	大阪本社	530	大阪市北区中之島3—3—3	(06) 445—3891
	福岡駐在	810	福岡市中央区荒戸1—1—3	(092) 751—1819
東洋紡績株式会社	本社	530	大阪市北区堂島浜2—2—8	(06) 348—3333
	東京支社	103	中央区日本橋小網町17—9　東洋紡ビル	(03) 3660—4800
東洋紡エンジニアリング株式会社	本社	530	大阪市北区堂島2—1—16	(06) 348—3357
	東京営業所	103	中央区日本橋小網町17—9	(06) 3661—1818
	滋賀営業所	520-02	大津市堅田2—1—1　東洋紡・総合研究所内	(0775) 73—1330
	北陸営業所	914	敦賀市東洋町10—24　東洋紡・敦賀工場内	(0770) 25—3777
	山口営業所	740	岩国市灘町1—1　東洋紡・岩国工場内	(0827) 31—5570
	けいはんなオフィス	619-02	京都府相楽郡精華町光台1—7	(07749) 5—5050
	泉大津事業所	595	泉大津市高津町5—11	(0725) 32—0246
長瀬産業株式会社	東京本社	103	中央区日本橋小舟町5—1	(03) 3665—3288
	大阪本社	550	大阪市西区新町1—1—17	(06) 535—2612
	名古屋支店	460	名古屋市中区丸の内3—14—18	(052) 963—5648
	広島営業所	733	広島市西区大宮1—17—17	(082) 238—1716
	福岡営業所	810	福岡市博多区博多駅東2—17—5	(092) 473—6203
	仙台営業所	980	仙台市青葉区広瀬町3—23	(022) 262—4640
株式会社日科機	本社	102	千代田区一番町22—1　一番町セントラルビル	(03) 3264—1861
	東京中央	102	千代田区一番町22—1　一番町セントラルビル	(03) 3264—1861
	東京東部	134	江戸川区東葛西6—7—5	(03) 3877—8135
	札幌	060	札幌市中央区大通西10—4　南大通ビル	(011) 271—1935
	仙台	981	仙台市青葉区川平4—32—37	(022) 278—5125
	名古屋	461	名古屋市東区代官町35—16　第一富士ビル	(052) 932—1971

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号
	大　　阪	532	大阪市淀川区東三国４－３－１　グロリア240	(06)　396—1801
	広　　島	732	広島市南区東荒神町３—35　広島オフィス・センタービル	(082) 264—1882
	福　　岡	812	福岡市博多区堅粕４—24—14　トステムビル	(092) 441—8187
	厚木工場	243	厚木市岡田３－８—23	(0462) 28—8232
日水製薬株式会社	本　　社	170	豊島区巣鴨２—11－１	(03) 3918—8166
	東京営業所	170	豊島区巣鴨２—11－１	(03) 3940—6461
	関東営業所	330	大宮市宮町１—24	(048) 644—7786
	大阪営業所	550	大阪市西区京町堀２—12—19	(06)　449—1500
	名古屋営業所	460	名古屋市中区正木４－８－７	(052) 682—2818
	広島営業所	730	広島市中区中島町９－１	(082) 243—2235
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅東２－５—37	(092) 475—7511
	仙台営業所	980	仙台市青葉区木町通２－１—60	(022) 234—5350
	札幌営業所	060	札幌市中央区大通西10—４	(011) 242—8566
日電理化硝子株式会社	本　　社	657	神戸市灘区篠原中町１－１—18	(078) 801—4873
株式会社　ニチリョー	本　　社	101	千代田区岩本町２－４—10　共同ビル(岩本町二丁目)	(03) 5820—2411
	大阪出張所	532	大阪市淀川区宮原１—19—11　ネオハイツ新大阪501	(06)　395—7192
ニットーボーメディカル株式会社	東京本社	103	中央区日本橋富沢町５－５　住友生命第２ビル５Ｆ	(03) 3660—8595
	大阪支店	541	大阪市中央区高麗橋４－３—10　日生伏見町ビル新館	(06)　208—4957
	名古屋営業所	460	名古屋市中区錦１—17—13　名興ビル	(052) 231—5138
	札幌営業所	060	札幌市中央区北１条西５－３　北条ビル	(011) 222—9710
	仙台営業所	980	仙台市青葉区一番町１－３－１　日生仙台ビル	(022) 266—8956
	広島営業所	730	広島市中区三川町２—11　愛媛ビル８Ｆ	(082) 241—8245
	福岡営業所	810	福岡市中央区天神２－８—38	(092) 722—5220
	新潟出張所	950	新潟市東新町６—50	(025) 270—0821
日本光電工業株式会社	本　　社	161	新宿区西落合１—31－４	(03) 5996—8000
	営　業　所		全国に116ケ所	
日本コダック ダイアグノスティックス株式会社	本社・東京営業所	101	千代田区岩本町１—10－３　紀繁ビル	(03) 5820—8200
	札幌出張所	060	札幌市中央区北１条西７丁目　日経おおわだビル６Ｆ	(0120) 076—325
	仙台出張所	980	仙台市青葉区国分町１－７—18　明治生命国分町ビル６Ｆ	(0120) 076—325
	名古屋出張所	460	名古屋市中区丸の内３—20—22　平和生命丸の内ビル３Ｆ	(0120) 067—168
	大阪営業所	550	大阪市西区新町１—13－３　山川ビル８Ｆ	(06)　534—7165

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	広島出張所	730	広島市中区八丁堀16—14　第2広電ビル8F	(0120) 067—168
	福岡出張所	812	福岡市博多区博多駅南1—2—3　住友博多駅前ビル6F	(0120) 067—168
日本サイワード株式会社	本社	272	市川市南大野2—10—16	(0473) 38—7130
日本商事株式会社	本社	540	大阪市中央区石町2—2—9	(06) 941—0308
	大阪支店	571	門真市松生町4—6	(06) 909—7645
	東京支店	101	千代田区鍛冶町2—8—12	(03) 3252—4181
	名古屋支店	460	名古屋市中区丸の内2—6—11	(052) 211—4641
	福岡支店	810	福岡市中央区渡辺通3—10—5	(092) 751—5054
	広島支店	730	広島市中区幟町11—4	(082) 221—2954
	仙台支店	983	仙台市若林区二軒茶屋1—6	(022) 295—0631
	札幌支店	060	札幌市中央区北6条西24—3—1	(011) 641—8763
	横浜営業所	232	横浜市南区井土ケ谷下町37—11	(045) 742—9251
	兵庫営業所	658	神戸市東灘区青木3—1—9	(078) 413—4345
日本シンテックス株式会社	本社	150	渋谷区渋谷3—9—9	(03) 3797—1480
日本DPCコーポレーション	本社	261-71	千葉市美浜区中瀬2—6　WBGマリブウェスト32F	(043) 297—5211
	東京営業所	103	中央区日本橋3—7—20　DICビル16F	(03) 3272—4130
	大阪営業所	564	吹田市広芝町3—29　エッグビル第三江坂203	(06) 337—8988
	名古屋営業所	460	名古屋市中区錦3—7—15　DIC名古屋支店内	(052) 961—8874
	札幌出張所	062	札幌市豊平区平岸3条18—3—1—913	(011) 823—3911
	仙台出張所	983	仙台市若林区六丁の目西町1—45　DIC仙台支店内	(022) 287—4021
	福岡出張所	810	福岡市中央区白金2—11—9　DIC九州支店内	(092) 526—2741
株式会社ニプロ	本社	531	大阪市北区豊崎3—3—13	(06) 373—3155
	東京支社	113	文京区本郷4—3—4	(03) 3818—5020
	札幌支店	060	札幌市中央区北9条西19—35	(011) 631—7311
	仙台支店	980	仙台市青葉区二日町8—6　二日町島田ビル4F	(022) 268—7756
	名古屋支店	465	名古屋市名東区一社1—81	(052) 701—1131
	京都支店	606	京都市左京区田中下柳町36	(075) 752—0820
	広島支店	731-01	広島市安佐南区長束3—45—3	(082) 238—8307
	四国支店	761	高松市香西東町304—1	(0878) 82—2828
	福岡支店	816	大野城市錦町2—2—12	(092) 574—3731
	鹿児島支店	890	鹿児島市西田2—21—24	(0992) 58—2775

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
日本電気株式会社	本社	108-01	港区芝5－7－1	(03) 3454－1111
	北海道支社	060	札幌市中央区大通西4－1　新大通ビル	(011) 231－0161
	東北支社	980	仙台市青葉区中央4－6－1　住友生命仙台中央ビル	(022) 261－5511
	中部支社	460	名古屋市中区栄4－15－32　日建住生ビル	(052) 262－3611
	北陸支社	920	金沢市彦三町1－2－1　NEC金沢ビル	(0762) 23－1621
	関西支社	540	大阪市中央区城見1－4－24　NEC関西ビル	(06) 945－1111
	中国支社	730	広島市中区紙屋町2－2－12　信和広島ビル	(082) 247－4111
	四国支社	760	高松市中野町29－2　NEC四国ビル	(0878) 236－1200
	九州支社	812	福岡市博多区御供所町1－1　NEC福岡ビル	(092) 271－7700
	沖縄支店	900	那覇市久茂地1－3－1　久茂地セントラルビル	(098) 866－5611
日本電子株式会社	東京支店	100	千代田区丸の内3－3－1　新東京ビル	(03) 3376－7311
	札幌営業所	001	札幌市北区北15条西4－21　NRKビル	(011) 736－0604
	仙台支店	980	仙台市青葉区大町1－1－10　第2青葉ビル	(022) 265－5071
	筑波支店	305	つくば市東新井18－1	(0298) 56－2000
	横浜支店	222	横浜市港北区新横浜3－6－4　新横浜千歳観光ビル	(045) 474－2191
	名古屋支店	450	名古屋市中村区那古野1－47－1　名古屋国際センタービル	(052) 586－0591
	大阪支店	532	大阪市淀川区西中島6－9－27　新大阪INビル	(06) 304－3941
	広島支店	732	広島市南区稲荷町1－2　東邦生命ビル	(082) 261－2631
	高松営業所	760	高松市今新町7－17　第2穴吹ビル	(0878) 21－8487
	福岡支店	812	福岡市博多区博多駅前2－1－1　福岡朝日ビル	(092) 441－5829
日本ビオメリュー・バイテック株式会社	本社	102	千代田区平河町2－14－12	(03) 5210－3221
	営業部・東京営業所	107	豊島区南大塚3－20－6　大塚FTビル	(03) 5952－0750
	札幌営業所	060	札幌市中央区南2条西7－6－2　日宝南2条ビル	(011) 281－0408
	仙台営業所	980	仙台市青葉区一番町1－4－30　睦屋仙台ビル	(022) 221－9784
	名古屋営業所	464	名古屋市千種区春岡1－1－2　YAMANAN仲田ビル	(052) 764－1601
	大阪営業所	530	大阪市北区東天満2－9－1　若杉センタービル	(06) 353－7954
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅東3－11－14　博多第3ムカヰビル	(092) 412－7060
日本ロシュ株式会社	本社	105	港区芝2－6－1　日本ロシュビル	(03) 5443－7041
	札幌支店	060	札幌市中央区大通西11－4　エスコビル	(011) 221－5644
	仙台支店	980	仙台市青葉区本町2－5－1　オーク仙台ビル	(022) 265－1450
	東京第一支店	103	中央区東日本橋2－8－3　東日本橋グリーンビル	(03) 5687－2354

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	東京第二支店	103	中央区東日本橋２－８－３　東日本橋グリーンビル	(03) 5687—2354
	名古屋支店	460	名古屋市中区栄５—28—12　興亜火災名古屋ビル	(052) 251—1930
	京都支店	604	京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町518　前田エスエヌビル	(075) 231—3210
	大阪支店	541	大阪市中央区平野町４－２—16　不動建設ビル	(06) 202—0645
	広島支店	730	広島市中区中町８－６　フジタビル	(082) 241—3905
	福岡支店	812	福岡市博多区博多駅前３—19—５　博多石川ビル	(092) 431—6832
日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社	本社	104	中央区勝どき５－３－６　住友生命勝どきビル	(03) 3534—7259
	大阪支社	532	大阪市淀川区新北野１—14—11　大阪新北野第一生命ビル	(06) 309—5860
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	本社	107	港区赤坂８－５—34　島藤ビル	(03) 3403—9991
	札幌事務所	060	札幌市中央区北２条西１—10　住総札幌ビル６Ｆ	(011) 241—1240
	仙台事務所	980	仙台市青葉区国分町１－８—10　大和ビル２Ｆ	(022) 266—3757
	名古屋事務所	460	名古屋市中区栄２－９—26　ポーラ名古屋ビル６Ｆ	(052) 201—8481
	大阪事務所	564	吹田市豊津町10—34　日本生命江坂駅前ビル	(06) 338—3551
	広島事務所	730	広島市中区中町９－８　協栄生命広島中町ビル	(082) 240—8670
	福岡事務所	812	福岡市博多区博多駅前３－５－７　博多センタービル９Ｆ	(092) 411—5166
	福島工場	960-21	福島市土船字五反田１	(0245) 93—2311
バイオテック株式会社	本社	113	文京区湯島２—29—４　古沢ビル	(03) 3816—6931
バクスター株式会社	本社	102	千代田区六番町４	(03) 3237—6616
	札幌支店	060	札幌市中央区北３条西１－１　サンメモリアル生命ビル	(011) 261—6622
	仙台支店	980	仙台市青葉区一番町１－２—25　仙台 NS ビル	(022) 225—4740
	大宮営業所	330	大宮市東大成町１—626—１　NOHARA ビル	(048) 667—2141
	東京支店	107	港区赤坂１－９—13　三会堂ビル	(03) 3505—7831
	横浜営業所	231	横浜市中区桜木町１－１　桜木町ぴおシティ	(045) 201—2421
	名古屋支店	460	名古屋市中区栄２－３－１　名古屋広小路ビル	(052) 204—5588
	金沢営業所	921	金沢市西泉１—66—１　スプリングポイント	(0762) 44—9131
	大阪支店	530	大阪市北区西天満５—14—10　梅田 UN ビル	(06) 315—8821
	福岡支店	810	福岡市博多区中州中島町２－３　福岡フジランドビル	(092) 281—5411
浜松ホトニクス株式会社	本社事務所	430	浜松市砂山町325—６　日生浜松駅前ビル	(053) 452—2141
	電子管事業部（豊岡製作所）	438-01	静岡県磐田郡豊岡村下神増314—５	(0539) 62—5245
	固体事業部	435	浜松市市野町1126—１	(053) 434—3311
	システム事業部	431-32	浜松市常光町812	(053) 435—1560

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	中央研究所	434	浜北市平口5000	(053) 586—7111
	筑波研究所	300-26	つくば市東光台5—9—2	(0298) 47—5161
	東京支店	105	港区虎ノ門3—8—21　第33森ビル5F	(03) 3436—0491
	仙台事務所	980	仙台市青葉区二日町7—6　チバビル2F	(022) 267—0121
	筑波営業所	300-26	つくば市東光台5—9—4　筑波研究コンソーシアム2F	(0298) 47—3821
	大阪営業所	541	大阪市中央区備後町3—3—9	(06) 271—0441
株式会社　日立製作所	計測器事業部	100	千代田区丸の内1—5—1	(03) 3221—1111
	株式会社日立メディコ	101	千代田区内神田1—1—14　日立鎌倉橋別館	(03) 3292—8111
	日製産業株式会社	105	港区西新橋1—24—14　西新橋三井ビル	(03) 3504—7211
株式会社　ビー・エム・エル	本社(営業本部)	151	渋谷区千駄ケ谷5—21—3	(03) 3350—0114
	北陸支社	939	富山市中市字道西割9—3	(0764) 22—1391
	札幌営業所	004	札幌市厚別区下野幌テクノパーク2—6—12	(011) 807—6575
	仙台営業所	983	仙台市若林区卸町5—2—10	(022) 236—4611
	埼玉営業所	350-11	川越市的場1361—1	(0492) 32—0111
	名古屋営業所	454	名古屋市中川区的場町2—63	(052) 353—5011
	大阪営業所	567	茨木市中穂積3—15—24	(0726) 21—8811
	広島営業所	733	広島市西区観音新町1—2—21	(082) 234—7366
	松山営業所	791	松山市久万ノ台125—1	(0899) 25—5010
	福岡営業所	812	福岡市博多区東比恵3—4—2	(092) 441—9991
ビーエム機器株式会社	本社	113	文京区本郷3—25—4	(03) 3818—5091
ファルマシア株式会社	本社	105	港区虎ノ門4—3—13　秀和神谷町ビル8F	(03) 5402—8750
	札幌営業所	064	札幌市中央区南5条西11丁目　関東アカデミービル10F	(011) 531—7298
	仙台営業所	980	仙台市青葉区五橋1—1—58—212	(022) 262—1815
	名古屋営業所	466	名古屋市昭和区阿由知通4—13　朝日生命名古屋東ビル4F	(052) 853—7711
	大阪営業所	532	大阪市淀川区西中島5—14—5　新大阪INビル	(06) 305—3431
	広島営業所	733	広島市西区南観音3—5—2	(082) 234—8523
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅前2—3—7　サンエフビル6F	(092) 623—0044
フクダ電子株式会社	フクダ電子北海道販売	060	札幌市東区北6条東2—3	(011) 721—3251
	フクダ電子南東北販売	980	仙台市青葉区木町通1—18—12	(022) 224—1175
	フクダ電子東京販売	110	台東区池之端2—1—11	(03) 3822—2171
	フクダ電子長野販売	390	松本市島立東田825—1	(0263) 47—5500

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	フクダ電子北陸販売	920	金沢市広岡2－4－10	(0762) 23－1541
	フクダ電子名古屋販売	464	名古屋市千種区千代田橋2－9－19	(052) 712－2000
	フクダ電子近畿販売	550	大阪市西区西本町3－1－31	(06) 532－2201
	フクダ電子四国販売	790	松山市鷹子町695－5	(0899) 76－5341
	フクダ電子広島販売	732	広島市南区大須賀町18－7	(082) 264－1010
	フクダ電子西部北販売	816	福岡市博多区東光寺町2－9－63	(092) 473－7741
ベックマン株式会社	本社	102	千代田区三番町6	(03) 3221－5891
	医用技術センター	175	板橋区成増1－30－13　サンリッツ三井生命ビル	(03) 5998－2131
	大阪営業所	541	大阪市中央区道修町2－6－6　塩野日生ビル	(06) 203－2821
	札幌営業所	060	札幌市中央区南1条東1－3　日本生命大通東ビル	(011) 222－5761
	仙台営業所	980	仙台市青葉区一番町1－2－25　仙台NSビル	(022) 264－7148
	名古屋営業所	460	名古屋市中区丸の内3－5－10　住商丸の内ビル	(052) 971－4381
	広島営業所	731-61	広島市安佐南区西原3－16－22　アストラムシンカワ	(082) 875－2882
	福岡営業所	812	福岡市博多区綱場町2－2　福岡第一ビル	(092) 271－0962
富士工業株式会社	本社	113	文京区湯島4－1－14	(03) 3814－3621
富士メディカルシステム株式会社	本社	104	中央区銀座7－13－8　第二丸高ビル	(03) 3545－3326
	北海道営業所	060	札幌市中央区北3条西4－1　第一生命ビル9F	(011) 271－7777
	東北営業所	980	仙台市青葉区一番町4－6－1　仙台第一タワービル	(022) 224－1733
	関東支店	104	中央区銀座7－13－8　第二丸高ビル	(03) 3545－3308
	中部支店	460	名古屋市中区丸の内1－5－28　伊藤忠丸の内ビル	(052) 221－7871
	関西支店	565	豊中市新千里西町1－2－14　三井海上千里ビル	(06) 872－0040
	中国営業所	732	広島市南区比治山本町16－35　広島産業文化センター	(082) 256－4221
	四国営業所	760	高松市亀井町8－11　グリーンビル	(0878) 34－8844
	九州営業所	812	福岡市博多区住吉3－1－1　富士フイルムビル	(092) 281－3655
富士レビオ株式会社	本社	163-07	新宿区西新宿2－7－1　新宿第一生命ビル	(03) 3348－0691
	札幌営業所	060	札幌市東区北8条東3－2－10	(011) 731－2500
	仙台営業所	983	仙台市若林区卸町1－1－6	(022) 236－2206
	宇都宮営業所	321	宇都宮市東宿郷4－6－5	(0286) 36－1911
	東京営業所	167	杉並区井草1－33－2	(03) 3395－5321
	横浜営業所	220	横浜市西区北幸2－10－39	(045) 312－7883
	名古屋営業所	465	名古屋市名東区上社2－174	(052) 775－1081

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号
	大阪営業所	564	吹田市江の木6—18	(06) 338—7191
	広島営業所	732	広島市東区光町1—10—19	(082) 264—3366
	福岡営業所	812	福岡市博多区豊2—5—7	(092) 472—5661
ヘキストジャパン株式会社	本　　社	107	港区赤坂8—10—16　新ヘキストビル	(03) 3479—7539
	札幌営業所	060	札幌市中央区南1条東1—2—1　太平洋興発ビル4F	(011) 231—2211
	仙台営業所	980	仙台市青葉区本町4—5—31　日本団体生命ビル2F	(022) 263—5111
	新潟営業所	950	新潟市東万代町1—30　新潟東万代ビル6F	(025) 245—5561
	東京第一営業所	107	港区赤坂4—10—33　ヘキストビル5F	(03) 3585—9591
	横浜営業所	222	横浜市港北区新横浜2—5—10　楓第二ビル9F	(045) 472—4105
	名古屋第一営業所	460	名古屋市中区栄1—31—41　大井ビル4F	(052) 203—1291
	大阪第一営業所	541	大阪市中央区備後町1—7—10　ヘキストビル4F	(06) 271—1200
	広島営業所	730	広島市中区八丁堀2—31　広島鴻池ビル9F	(082) 221—1816
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅南2—1—5　博多サンシティビル4F	(092) 474—3541
ベーリンガー・マンハイム株式会社診断薬事業部	本　　社	105	港区虎ノ門3—10—11	(03) 3432—6211
	札幌支店	060	札幌市中央区大通東2—3	(011) 251—1331
	仙台支店	980	仙台市青葉区国分町3—4—33	(022) 224—6491
	東京第1/第2支店	101	中央区日本橋本町4—13—5	(03) 3662—8451
	大阪第1/第2支店	532	大阪市淀川区西宮原2—7—38	(06) 396—5711
	広島支店	730	広島市中区鉄砲町8—18	(082) 242—6341
	福岡支店	810	福岡市中央区赤坂1—14—22	(092) 732—5360
	物流センタ	143	大田区平和島6—4—8	(03) 3768—1602
株式会社　ヘレナ研究所	本　　社	336	浦和市常盤9—21—19	(048) 833—3208
	大阪支社	540	大阪市中央区農人橋2—1—31　第6松屋ビル	(06) 945—1070
株式会社　堀場製作所	本社・工場	601	京都市南区吉祥院宮の東町2	(075) 313—8121
	東京セールスオフィス	101	千代田区岩本町2—12—5	(03) 3861—8231
	大阪セールスオフィス	532	大阪市淀川区西中島7—4—17	(06) 390—8011
	名古屋セールスオフィス	461	名古屋市東区葵3—15—31	(052) 936—5789
	九州営業所	812	福岡市博多区博多駅東2—6—26	(092) 472—5041
マイルス・三共株式会社	本　　社	104	中央区築地6—19—20　ニチレイ東銀座ビル	(03) 5550—9755
	東京営業所	104	中央区築地6—19—20　ニチレイ東銀座ビル	(03) 5550—9741
	札幌営業所	060	札幌市中央区大通西9—1—1　丸菱ビル	(011) 271—4038

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	仙台営業所	980	仙台市青葉区本町2－9－5　コア本町ビル	(022) 225—2205
	名古屋営業所	460	名古屋市中区錦3－5－27　錦中央ビル	(052) 962—7458
	大阪営業所	541	大阪市中央区久太郎町1－4－8　船場DIKビル	(06) 261—6489
	広島営業所	730	広島市中区東白島町14—15　NTT CRED白島ビル	(082) 228—8283
	高松営業所	761	高松市室町1905　宇川ビル	(0878) 68—2333
	福岡営業所	812	福岡市博多区網場町8－31　福岡松村ビル	(092) 281—2651
マリンクロット・メディカル株式会社	本社	105	港区虎ノ門4－3－13　秀和神谷町ビル	(03) 5470—9658
三菱電機株式会社	本社	100	千代田区丸の内2－2－3	(03) 3218—3232
	情報システム製作所	247	鎌倉市上町屋325	(0467) 46—6317
	三菱電機東部コンピュータシステム	244	横浜市戸塚区川上町87－1	(045) 825—5774
株式会社　ミズホメディー	本社	841	鳥栖市藤木町5－4	(0942) 85—0303
	営業企画部	841	鳥栖市藤木町5－4	(0942) 84—5494
	仙台営業所	982	仙台市太白区長町7－19—39	(022) 308—0626
	東京営業所	111	台東区浅草橋3－20—12	(03) 3861—7447
	新潟出張所	950	新潟市愛宕1－4－15	(025) 284—4078
	名古屋営業所	464	名古屋市千種区今池南29—24	(052) 733—5266
	大阪営業所	553	大阪市福島区福島1－2－7	(06) 458—5711
	四国営業所	790	松山市朝生田町620－1	(0899) 43—4666
メバニクス株式会社	本社	153	目黒区下目黒2－18－3	(03) 3495—0451
	大阪出張所	534	大阪市都島区片町2－4－40　SSRエンジニアリング㈱内	(06) 356—4981
山之内製薬株式会社	札幌支店	060	札幌市中央区大通西5－9－1	(011) 281—5111
	仙台支店	980	仙台市青葉区大町2－2－28	(022) 225—5111
	東京第一支店	103	中央区日本橋本町2－3－11	(03) 3244—3000
	東京第二支店	130	墨田区吾妻橋1－23－1	(03) 5608—5841
	東京第三支店	160	新宿区新宿6－24—20	(03) 5272—2001
	横浜支店	231	横浜市中区太田町6－84－2	(045) 662—1141
	名古屋支店	460	名古屋市中区栄1－10—21	(052) 232—6611
	大阪支店	541	大阪市中央区平野町3－4－6	(06) 203—5551
	京都支店	604	京都市中京区烏丸通二条下ル	(075) 252—1881
	神戸支店	650	神戸市中央区中町通2－3－2	(078) 341—5501
株式会社　ユニフレックス	本社	113	文京区本郷3－26－4　ドルミ本郷7F	(03) 3816—1004

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	大阪営業所	533	大阪市東淀川区東中島1—17—5　ステュディオ新大阪11F	(06) 323—8344
	柏テクニカル&サービスセンター	277	柏市高田537—1	(0471) 47—3751
横河電機株式会社	本社	180	武蔵野市中町2—9—32	(0422) 52—5742
ラジオメータートレーディング株式会社	本社	153	目黒区三田1—12—23	(03) 5704—8001
	札幌営業所	001	札幌市北区北10条西1丁目	(011) 746—3390
	仙台営業所	980	仙台市青葉区立町2—7	(022) 268—3008
	東京営業所	153	目黒区三田1—12—23	(03) 5704—6556
	金沢営業所	920	金沢市駅西本町1—14—29	(0762) 31—4455
	名古屋営業所	464	名古屋市千種区内山3—17—4	(052) 741—8211
	大阪営業所	532	大阪市淀川区宮原4—5—36	(06) 350—2000
	高松営業所	761-01	高松市春日町1706	(0878) 44—0880
	広島営業所	730	広島市中区千田町1—4—18	(082) 247—8421
	福岡営業所	814	福岡市早良区城西1—8—36	(092) 822—2135
和研薬株式会社	本社営業所	606	京都市左京区北白川西伊織町25	(075) 721—8111
	管理本部	606	京都市左京区一乗寺築田町38—7	(075) 711—7171
	東京営業所	101	千代田区神田須田町2—1　本間ビル8F	(03) 3258—0291
	京阪奈営業所	610-03	京都府綴喜郡田辺町大字薪小字茶屋前4—1	(07746) 5—2521
	草津センター	525	草津市下笠町字辻出945—1	(0775) 68—3661
	大阪事務所	534	大阪市都島区片町1—2—12	(06) 352—0156
和光純薬工業株式会社	本社	541	大阪市中央区道修町3—1—2	(06) 203—3741
	東京支店	103	中央区日本橋本町4—5—13	(03) 3270—8571
	福岡出張所	813	福岡市東区松島3—22—30	(092) 622—1005
	広島出張所	735	広島県安芸郡府中町緑ヶ丘6—40	(082) 285—6381
	名古屋出張所	465	名古屋市名東区八前2—914	(052) 772—0788
	横浜出張所	221	横浜市神奈川区鶴屋町3—29—9	(045) 314—4571
	大宮出張所	330	大宮市吉敷町1—103	(048) 641—1271
	筑波出張所	305	つくば市天久保2—4—20	(0298) 58—2278
	仙台出張所	980	仙台市青葉区本町2—9—5　コア本町ビル3F	(022) 222—3072
	札幌出張所	001	札幌市北区北10条西4　楠本第10ビル	(011) 746—5057

編集後記

日本臨床検査自動化学会（JSCLA）第26回大会の開催に当って，恒例の展示目録を作成いたしました。

第26回大会は，9月22日から日本コンベンションセンター（幕張メッセ）国際会議場および国際展示場で行われます。展示会は，前回と同じく14,000 m²の広さで，通路もゆったりとりましたので，参会者にも見易い展示会になると思います。

ここ数年来，振興会（JACLA）は海外への広報活動を活発にすすめて参りましたが，その成果として，今回アメリカ臨床化学会（AACC）が初めて展示会に参加することになりました。またオーストラリア臨床検査工業会も昨年に引きつづいて本年も出展することになり，米国からの出展会社1社も加わりました。

近年，JSCLA大会展示会は，臨床検査機器，検査薬に関する世界的規模の展示会として，国内のみならず広く海外からも注目され，米国はじめ海外からの展示会見学者が急増しております。展示各社におかれましても，この国際化の傾向にあわせて英文資料の準備などをよろしくお願い致します。

なお，今回初めて展示各社のご便宜をはかる目的でバーコードシステムによる参会者サーベイを実施いたします。展示各社のご協力により良い成果が得られることを期待しております。

第26回大会および展示会の盛会を祈ります。

1994（平成6）年9月22日

（M. Y.）

平成6年度展示委員

河村　俊郎　（和光純薬工業）
末益美智雄　（オリンパス販売）
大保寺　亘　（日立製作所）
二木　紘一　（日水製薬）
山田　光男　（自動化振興会）
渡辺　　楷　（ダイアヤトロン）

日本臨床検査自動化学会第26回大会展示会

1994 EXHIBITORS' CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化振興会
〒113 東京都文京区本郷3—19—6
（ワイユウビル6F）
Tel. 03（5689）5910
Fax. 03（5689）5917

印刷・壮光舎印刷株式会社
1994年9月22日印刷・発行

（非売品・禁複写）

JSCLA