JSCLA

第32回大会展示会
日本臨床検査自動化学会

2000 EXHIBITION
EXHIBITORS' CATALOGUE

9/13(Wed.), 14(Thu.), 15(Fri.), 2000 YOKOHAMA CITY JAPAN

ご 挨 拶

この展示目録は，2000年の日本臨床検査自動化学会第32回大会展示会に際して，今年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものである。自動化振興会の事業の一つとして毎回発行され，本年度で25回を数える。臨床化学分析機器をはじめとして各種の検査機器および検査試薬の性能・特徴がコンパクトにまとめられ，末尾には出展各社のプロフィールも掲載されている。

例年6,000人以上もの参加で賑わうこの展示会で，次年度の新規機器・試薬の選定について臨床検査技師，検査業界，検査医の3者の方々で大いに情報交換していただきたいと思います。21世紀を目前にして今求められる“良質な医療の提供”を目標として，検査室の方々にも新しい検査の戦略を打ち立てるため，この小冊子を大いに活用していただきたい。

最後になるがこの冊子出版をはじめ展示会全般にわたっての振興会の方々の御苦労に感謝する次第である。

平成12年9月13日
日本臨床検査自動化学会
会長　中井　利昭

日本臨床検査自動化学会
第32回大会展示会開催にあたって

日本臨床検査自動化学会第32回大会は，横浜市のパシフィコ横浜において，平成12年9月14日（木），15日（金）の2日間開催されることになりました。今回のメインテーマは「人間と社会のための臨床検査」と致しました。21世紀の幕開けまでわずか数カ月と迫った今，臨床検査にも新しい視点が必要ではないかと思った次第であります。

さて，本展示会は恒例によって13日（木）午後2時にテープカットが行われ，2日半にわたって公開される予定です。本展示会は，国内で最も大規模な機器・試薬の展示会でるとともに，国際的にも有数のものとなっております。産学協同を旗印として本学会の展示会は，ユーザーにとって各社製品の比較検討やメーカーとの意見交換のための最良の場となっていることは，既に皆様よくご存じのとおりです。

第32回大会では，一般演題（約300題）のほか，機器･試薬セミナー，ランチョンセミナー，サテライトセミナーなどが行われます。特別講演は東大循環器内科教授の永井良三先生に「循環器病の病態マーカー：心筋ミオシンから老化遺伝子まで」というテーマでお話しを伺う予定です。また，シンポジウムは①炎症マーカー up to date，②激動に生き残る検査室――信頼･サービス・効率を求めて，③臨床に直結した微生物検査の構築の3つのテーマで行われます。いずれのテーマも，現在もっとも関心の高いテーマだと考えられますが，多くの人々にとって有意義な学会となりますよう願っております。

近年、医療を取り巻く環境はますます厳しいものがありますが，本学会および展示会が皆様の強力なお力添えにより成功し，新しい臨床検査自動化推進の起爆剤になることを願っております。

終わりにあたり，本展示会の開催にご尽力なさった各メーカーの皆様および自動化振興会の皆様に心から感謝致しますとともに，盛会をお祈りしてご挨拶にかえさせていただきます。

平成12年9月13日
日本臨床検査自動化学会 第32回大会
大会長　　池田　斉

日本臨床検査自動化学会第 32 回大会展示会　展示目録

目　　次

あいさつ（学会長　中井利昭） …… 1

あいさつ（第 32 回大会長　池田　斉） …… 3

臨床化学分析機器 …… 7〜16

1.赤外分光光度計／2.電解質測定装置（電極法）／3.簡易分析装置／4.専用分析装置／5.多項目自動分析装置／6.ドライケミストリー・システム／7.血液ガス分析装置／8.全自動電気泳動装置／9.電気泳動装置／10.デンシトメータ装置／11.高速液体クロマトグラフィー装置／12.その他

核医学（RIA）機器 …… 17〜18

13.ラジオイムノアッセイ装置

免疫血清検査機器 …… 18〜23

14.酵素免疫測定装置／15.蛍光免疫測定装置／16.ネフェロメトリックイムノアッセイ装置／17.ラテックス凝集反応測定装置／18.レーザーネフェロメータ／19.免疫比濁測定装置／20.発光免疫測定装置／21.蛍光偏光装置／22.その他

血液検査機器 …… 25〜31

23.単項目血球計数装置／24.多項目血球計数装置／25.血液凝固測定装置／26.血小板凝集測定装置／27.赤血球沈降速度自動測定装置／28.血液標本自動作製装置／29.血液像自動分類装置／30.細胞分類装置／31.血液型判定装置／32.その他

細菌検査機器 …… 33〜36

33.微生物分類同定装置／34.感受性試験装置／35.血液培養検査装置／36.DNA 測定装置／37.その他

尿検査機器 …… 37〜39
38.浸透圧計／39.尿分析装置／40.自動 PSP 測定装置／41.尿沈渣分析装置／42.便潜血測定装置／43.その他

病理検査機器 …… 40〜40
44.自動組織細胞染色装置／45.画像処理装置／46.その他

生理機能検査機器 …… 41〜42
47.サーモグラフィー装置

システム …… 43〜50
48.臨床検査システム／49.検体前処理システム／50.オートラベラー・バーコードプリンタ／51.分注装置／52.遠心分離器／53.その他

その他の臨床検査機器 …… 51〜55
54.マイクロピペット／55.希釈装置／56.洗浄器／57.振盪装置／58.純水自動製造装置／59.恒温槽／60.その他

試薬 …… 57〜75

自動分析装置専用試薬 …… 77〜82

コントロール血清 …… 83〜96

展示会社・主要製品紹介 …… 97〜149

展示会社住所録 …… 151〜170

臨床化学分析機器

1. 赤外分光光度計（Infrared Spectrophotometer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	波長範囲	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		ml	μl／検体	nm	分／テスト	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
大塚製薬	UBiT-IR200	120		4355～4485	約5.5	100／2.5	31×58.4×31	20	157	呼気ガス中の$^{13}CO_2$測定

2. 電解質測定装置（電極法）Electrolyte Analyzer（by Ion Selective Electrode Method）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	標準方式	サンプラー	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h	種類	外部／内部	有・無	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケムSE SE-1510	20	1分/検体	Na^+, K^+, Cl^-	外部	無	30	20×22×15	3.8	95	
エイアンドティー	EA06T	28	150	Na, K, Cl	内部	有	100/2.5	26×60×59	35	385	
	〃 06R	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	38	435	
エム・シー・メディカル	NOVA CRT-16	385	45	8	内部	有	200	52×53×49	41	550	
シスメックス	自動電解質分析装置 AVL9180	95		Na, K, Cl/Ca/Li			100	31.5×29.5×33.5	6		Cl, Ca, Li 選択
	〃 AVL988-3	120		〃			〃	30×27×34.5	11		〃
〃	〃 AVL988-4	〃		Na, K Ca, pH			〃	〃	〃		
常光	IS-50C	190	70	Na^+, K^+, Cl^-	内部	無	100/0.3	16×22×25	4	220	透析液モード有
	〃-50L	〃	〃	Na^+, K^+, Li^+	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	EX-180	100	120	Na^+, K^+, Cl^-	〃	有	100/2	28×31×32	18	280	透析液専用モード有
	〃 -180L	〃	〃	Na^+, K^+, Li^+	〃	〃	〃	〃	〃		採血管より直接吸引可
〃	〃 -2000	30	180	Na^+, K^+, Cl^-	〃	〃	100/6	36×54×57	28		搬送接続可能
	バイオライト 2000	90	80	〃	〃	無	100/2	27×26×41	10	120	RS-232C インターフェイス内蔵
セントラル科学貿易	高速電解質分析装置 PVA-αIII	50	180	Na^+, K^+, Cl^-	内部	有	500	65×60×40	46	580	尿検体透析液等に最適。Cl^-は電量滴定法。
	全自動電解質分析装置 PVA-EXT	28	150	〃	〃	〃	250	26×60×59	35	385	
〃	〃 PVA-EXR	〃	〃	〃	〃	無	〃	49×47.7×59	38	435	ラック，バーコード対応

テクノメディカ	STAX-2	100	80	Na, K, Cl	内部	有	3A	26×40×38	20	330	
バイエルメディカル	バイエル 644	65	50	3		有	30	30×25×22	4		
	〃 654	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃		
扶桑薬品工業	アイ・スタット 100	40～80	20	8			9Vアルカリ電池	6.9×20.3×5	0.510	95	Na, K, Ca, Cl, pH, Glu, BUN, Hct (専用カートリッジ使用)
ベックマン・コールター	エリーゼ	50	120	2～6	内部	有	100/50	64×46×54	23		Na, K, Cl, Li, T-Ca および重炭酸が測定可

3. 簡易分析装置（Analyzer for Simplified Operation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	μl／検体	検体／h	種類		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	ラクテート・プロ LT-1710		5	1分/検体	血中乳酸値	電極法		8.4×5.5×1.5	0.05	6.5	
	グルコカード GT-1640	3		30秒/〃	血糖	〃		5.1×8.7×1.45	0.045	1	販売：アベンティス・ファーマ
〃	グルコカードα GT-1660	〃	5	〃	〃	〃		5.6×9.78×1.45	0.06	1.5	〃
エム・シー・メディカル	ニコカードリーダーII	5			HbA_{1c}			19×16×7	0.5	22.8	
	〃	25			CRP			〃	〃	〃	
第一化学薬品	ルナスピン	90～120	専用試薬ローター	13分/検体	13	吸光度光度法	100～200	15.3×29.2×24.2	6.9	248	全血測定可能 キャリブレーション不要，携帯型
ダイナボット	プレシジョン Q・I・D	3.5		1テスト/20秒	血糖	電極法		9.7×4.8×1.45	0.04	1.45	
	プレシジョン PC_x	〃		〃	〃	〃	アルカリ電池充電式	19.7×7.5×5.1	0.28		データ管理機能， オンライン機能を装備
〃	アイ・スタット 200	40～100		20	10	〃	9V リチウム電池	6.4×21×5.2	0.52	150	
東洋紡績	ニコカード CRP	25						20×17×7	0.5	22.8	
	〃 HbA_{1c}	5						〃	〃	〃	
バイエルメディカル	デキスターZ II	3～4		30秒/1テスト	GLU	酵素電極法	リチウム 3V×2	8.1×6.6×2.5	0.1	1.43	
	アントセンスII	5～50		60秒/テスト	〃	〃	100	19.5×11.5×5.5	0.6	19.4	
山之内製薬	アドバンテージII	4（全血）	専用試験紙	40秒/テスト	グルコース	酵素電極法	3V1.5V単4アルカリ乾電池×2本	8.9×2.1×6.3	0.06 (電池装着時)	1.27	

4. 専用分析装置（Special-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	μl／検体	検体／h	種類		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	グルコースオートアンドスタット GA-1150	4		23秒/検体		GOD膜過酸化水素電極法	160	41.2×40.7×41	22.5	260	
	〃 GA-1160	30		20秒/〃		〃	200	52×57×51	46	730	
エイアンドティー	グルコローダ NX	30/5 自動切換		200	グルコース	GOD固定化酵素電極	100/4	86.5×62.2×52.2	76	760	
	GA 03 T	〃		160～200	〃	〃	100/2.5	26×60×59	35	385	
〃	〃 03 R	〃		〃	〃	〃	〃	49×47.7×59	38	435	
三光純薬	フォト B-H メーター V	50	無		1	比色法	90	27×33×14	9	55	新生児総ビリルビン測定
セントラル科学貿易	APEC グルコースアナライザー	10		85	Glu	固定化酵素	75	27.7×27.7×36.5	16	198	全血可
東洋紡績	グルコースアナライザー HEK-60			100	グルコース	GOD膜 H_2O_2 電極	150	35×45×32	23	290	
	ラクテートアナライザー HEK-60L			〃	ラクテート	LOD膜 〃	〃	〃	〃	〃	
〃	グルコースアナライザー HEK-120 G	10		50	グルコース	GOD膜 〃	〃	20×43×43	13	120	
日本電子	JIA-HB2010 全自動便潜血免疫自動分析装置	24	第1(156) 第2(180)	200	便潜血	金コロイド比色法	最大0.5KVA	59×54×58	68	580	・簡単操作・多機能・小型化 ・試薬は液状金コロイド試薬（保冷庫装備）
バイエルメディカル	DCA2000 システム	1		6分/テスト	HbA_{1c} 微量アルブミン，クレアチニン	ラテックス凝集阻止反応	100	24.1×23.9×27.2	5	29.8	

5. 多項目自動分析装置（Automatic Multi-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	μl／検体	検体／h	数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット東芝ダイアグノスティックス	TBA-200FR	2～35	150～	2000	100	200/15	189×112×110	680		
	TBA-120FR	〃	〃	1200	〃	〃	160×87.5×122	570		
〃	〃 -80FR NEO²	2～48	〃	800	50	100/30	144×89×169	420		
	〃 -40FR	2～40	200～	400	35	100/15	〃	360		

〃	〃 -30FR	25～40	240～	320	32	〃	〃	〃		
	〃 -20FR	〃	〃	200	〃	〃	120×80×105	330		
〃	Alcyon	2～30		300	24	100/10	74×66×65	105		
エイアンドティー	502X	2～40	5～250	max300	60	3K	156×144×90	500	4,300	
オリンパス光学工業	AU5431	2～50	15～250	6600 テスト/h	98	200/60	507×114×126	1740		オプション ISE 仕様
	AU5421	〃	〃	5000 〃	〃	200/50	376×114×126	1300		〃
〃	AU2700	1.6～25	120～430	2134 〃	51	100/60	200×114×126	700		〃
	AU 640	2～50	25～300	1200 〃	〃	100/40	185×80×124	530		〃
〃	AU 400	〃	〃	800 〃	〃	100/35	45×76×121	420		〃
デイドベーリング	Dimension RxL	2-60	平均 400	920	47	3 K	157×76×150	340	3,500	
	Dimension ARx	〃	〃	〃	〃	〃	127×81×114	305	3,240	
東京貿易	Prestige24*i*	2～60	20～300	240	24	100/6	78×63×50	70		
	TMS-1024	2～30	〃	〃	〃	100/5	65.7×52.9×48.5	60		
ニプロ	MIRACLE-ACE 919	3～30	25～300	90～240	24	1K	66×75×55	100	1,600	
日本電子	JCA-BM1250 BioMajesty	2 ～ 30 (0.1 μl ステップ)	15～150 (0.1 μl ステップ)	1250 テスト/h (ISE 付)	最大 103 (ISE 付)	最大 3K	分析部：148×93×113 操作部：70×70×148	630	3,950	・検体前希釈方式(1～5625 倍) ・最終反応液量：80μl ・4.5 秒サンプル分注サイクル
	JCA-BM1650 〃	〃	〃	1650 〃 (〃)	〃	〃	〃	〃	4,800	・検体前希釈方式(1～5625 倍) ・最終反応液量：80μl ・3 秒サンプル分注サイクル
〃	JCA-BM2250 〃	〃	10～100μl (0.1 μl ステップ)	2250 〃 (〃)	〃	〃	分析部：170×93×115 操作部：70×70×148	700	5,500	・検体前希釈方式(1～5625 倍) ・最終反応液量：80μl ・2 秒サンプル分注サイクル
	JCA-BM9030 〃	1.48～30 (0.1 μl ステップ)	15～150 (0.1 μl ステップ)	1650 〃 (〃)	最大 103 (〃)	〃	分析部：148×93×113 操作部：70×70×148	630	5,300	血球成分 (HbA_{1C}) 血漿成分 (Glu) の同時測定
バイエルメディカル	opeRA	2～30	325～400	420	27	100/20	119×90×136	301	1,600	オイルテクノロジー採用
	エクスプレスプラス	3～30	50～400	180	26	100/5.8	101.6 × 55.9 × 58.4	76.5		
〃	ADVIA421	1～30	～400	240	24	100				
日立製作所	7600-010 S	1.5～35	120～300	最大 800 テスト/h	44 (ISE 付 47)	200/20	245×110×114.5 (分析部のみ)	約 750 (分析部のみ)		
	〃 -020 S	〃	〃	〃 1600 〃	86 (ISE 付 89)	〃 /30	365×110×114.5 (〃)	約 1050 (〃)		
〃	〃 -030 S	〃	〃	〃 2400 〃	〃	〃 /40	485×110×114.5 (〃)	約 1350 (〃)		
	〃 -100 S	2～20	150～380	〃 2400 〃	16 (ISE 付 19)	〃 /20	2450×110×114.5 (〃)	約 900 (〃)		

〃	〃 -110 S	構成により異なる	構成により異なる	〃 3200 〃	60 (ISE 付 63)	〃 /30	365×110×165 (〃)	約 1200 (〃)		
	〃 -120 S	〃	〃	〃 4000 〃	86 (ISE 付 89)	〃 /40	485×110×165 (〃)	約 1500 (〃)		
〃	〃 -200 S	2～20	150～380	〃 4800 〃	32 (ISE 付 35)	〃 /30	365×110×165 (〃)	約 1350 (〃)		
	〃 -210 S	構成により異なる	構成により異なる	〃 5600 〃	76 (ISE 付 79)	〃 /40	485×110×165 (〃)	約 1650 (〃)		
〃	〃 -220 S	〃	〃	〃 6400 〃	86 (ISE 付 89)	〃 /50	600×110×165 (〃)	約 1950 (〃)		
	〃 -300 S	2～20	150～380	〃 7200 〃	48 (ISE 付 51)	〃 /40	485×110×165	約 1800 (〃)		
〃	〃 -310 S	構成により異なる	構成により異なる	〃 8000 〃	〃	〃 /50	〃 (〃)	約 2100 (〃)		
	7170S	2～35	150～355	800 テスト/h	86 (ISE 付 89)	100/30	分析部：138×77×117 操作部：65×75×136	約 400		
〃	7070	3～50	250～500	360 〃	32 (ISE 付 35)	〃	分析部：103×76×117 操作部：48×65×1250	分析部：300 操作部：50		
	7020	2～35	180～500	200 〃	36 (ISE 付 39)	100/15	72×72×108.5	約 190		
ベックマン・コールター	シンクロン CX9ALX	3～	200～	900	33	200	189×77×176	516		メンテナンスフリー試薬/検体バーコード対応
	〃 LX20	〃	〃	1,440	41	200/20	177.8×104.1×152.4	727		〃
ロシュ・ ダイアグノスティックス	COBAS INTEGRA 400	2～100	5～200	460 テスト/時	36	160/15	135×66×75	230		
	〃 〃 700	〃	〃	855 〃	72	200/15	144.5×80×115.5	420		寸法：重量は本体のみ
〃	〃 〃 800									

6. ドライケミストリー・システム（Dry Chemistry System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h	種類	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム SP-4420	5～7	5～12 分	生化学 22	150	30×38×23	12	250	
	スポットケムEZ SP-4430	4～6	63	〃	80～100	33.8×20.3×16.7	5.4		
オーソ・クリニカル ダイアグノスティックス	ビトロス 950	10～11	900	47	200/20	170×99×140	681		
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 3500 シリーズ	比色 6～10 電解質 50	77 テスト/h	30	300	40×38.5×28 (PF 付きは D45.5)	20	270～340	3500・i・p・s 4 タイプ
	〃 5500	10 6(GLU-W)	100 〃	27	500	59×47×30	30	340	
〃	〃 800	50	1min/検体	3	20	19×26.5×11	2.5	95	電解質専用
	〃 100 タイプ N	10	2 〃	1	30	〃	2	37	
〃	〃 100 タイプ G	6	2～6 〃	〃	〃	〃	〃	33	
	〃 300 G	〃	2 〃	〃	300	40×38.5×28	20	未定	血糖専用

山之内製薬	卓上型生化学検査システム レフロトロンS	30.0±1.5	20〜30	16	100/0.4	30×35×19.5	5.8	165	
和光純薬工業	富士ドライケム FDC-3500	10 6.50	77 (60〜140)	30	100/3.5	40×45.5×28	21	340	

7. 血液ガス分析装置（Instrument for Blood Gas Measurement）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エム・シー・メディカル	スタットプロファイル ウルトラ	225	22		13	200	56×58×46	32		
	〃 フォックス	40〜70	50		6	〃	30×38×38	8.2		
シスメックス	ラップトップ型血液分析システム AVL OPTI CCA			蛍光法	8	100	34×23×12	4		
	モジューラーシステム AVL OMNI 1			電極法	4	160	53×47×42	40		
〃	〃 AVL OMNI 2			〃	5	〃	〃	〃		
	〃 AVL OMNI 3			〃	10	〃	〃	〃		
〃	〃 AVL OMNI 4			〃	9	〃	〃	〃		
	〃 AVL OMNI 5			〃	10	〃	〃	〃		
〃	〃 AVL OMNI 6			〃	15	〃	〃	〃		
	〃 AVL OMNI 7			〃	11	〃	〃	〃		
〃	〃 AVL OMNI 8			〃	12	〃	〃	〃		
	〃 AVL OMNI 9			〃	17	〃	〃	〃		
〃	自動血液ガス分析装置 AVL COMPACT 3			〃	4	100	34×31.5×34	13		
常光	アーマ2000	180	60	ディスポカートリッジ	20	充電式バッテリー	24×29×13	2.4	118	ポータブル型ガス
	JBA-200	150	30	電極法	14	100/2	33×34×45	26	270	ディスポ式電極
〃	GS-10	50	〃	〃	〃	〃	34×31×34	13		
ダイナボット	アイ・スタット200	40〜100	20	電極法	3〜7	9V リチウム電池	6.4×21×5.2	0.52	150	
テクノメディカ	GASTAT-3	100	30	電極法	3	100/2	33×41×43	25	380	Hct付は30万円高
	〃 -3K付	〃	〃	〃	4	〃	〃	〃	430	〃

〃	〃 -3Na, K付	〃	〃	〃	5	〃	〃	〃	470	〃
	〃 -3K, Gl付	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	500	〃
〃	〃 -mini	50	15	センサーカード式	6	100/1	23×10×7	1.2	150	981カード：pH, PCO_2, PO_2 982カード, pH, PCO_2, PO_2, Na, K, Hct
	〃 -5	150	30	電極法	8	100/2	35×41×43	28	600	pH, PCO_2, PO_2, Na, K, Cl, Ca, Hct
東機貿	1710	90	40	電極法	16	115	41×51×51	35	720	
	1735	270	〃	〃	33	〃	〃	〃	1,240	CO-OX一体型
バイエルメディカル	バイエル860	125	40		9	400	57×51×48	29.5		
	〃 348	95	〃		7	80	39×38×38		700	
フクダ電子	血液ガスシステム ABL5	85 35(pHのみ)	1分	電極法	3	60	34×20×39	8.6	500	メンテナンスがし易い コストパフォーマンスが良い
扶桑薬品工業	アイ・スタット200	40～100	20		10	9Vリチウム電池	6.4×21×5.2	0.443	150	専用カートリッジ使用により3～7項目測定
ラジオメータートレーディング	ABL700シリーズ	35～195	21～25	電極法	17	250	70×55×43	30		
	〃 555シリーズ	〃～125	19～20	〃	7	〃	40×40×55	37.5		
〃	〃 5	〃～85	30	〃	3	60	34×20×39	8.6		
	〃 77	85	40	〃	7		33×20×23	6.3		

8. 全自動電気泳動装置（Full-Automatic Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体/h		V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス光学工業	AES320	25～50	60		100/10	98×67×148	220		
	AES630	〃	165		100/20	140×70×150	280		サンプリングステーション付有
常光	ALC-760	25	65	セパラックスSP	100/10	92×65×117	150		アイソザイム全自動機
	LIP-380	〃	48	PAGゲル	〃	92×65×50	〃		リポ蛋白全自動機
〃	CTE-780	〃	65	セパラックスSP ザルトリウス	〃	92×65×117	150	850	50,000検体メモリ
	〃 -700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	800	
〃	〃 -8000	〃	213	〃	〃	116.9×75.7×118.7	280		検体自動搬送
	〃 -1800	〃	100	〃	〃	92×65×117	150		病態解析プログラム
日本ケミファ	EPA-696	25	72	セ・ア膜	100/1.4	68×42×41	30		

9. 電気泳動装置（Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
栄研化学	Pagebox "栄研"			Agasheet DNA		21.4×18.0×9.3	0.5	3.57	
常光	電子冷却 ECP-10			寒天 アガロース	100/2	31×41×20	15	35	
	等電点 E セット			セパラックス EF	100/1	30×30×10	2	14.5	
ダイアヤトロン	サーモフローシステム テンパーチャーコントローラ				100/0.2	24.5×18×16.5	5.2	39.8	
	パワーイーズ 500 パワーサプライ				100/0.5	16.5×18×20.5	2.9	33	
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	ジーンパスシステム		2	アガロースゲル	1 K	電源部 48×43×17.5 泳動槽 44.2×50.3×11.4 冷却槽 23×42×24 ポンプ 16×18×12	10 10.2 14 29	380	CHEF 方式
ヘレナ研究所	エパライザ	25	50		100/6	80.0×58.5×57.6	110	970	
	REP	50	60～90		100/20	91.0×75.0×147.0	170	〃	
ベックマン・コールター	パラゴン CZE2000			N/A		74×58×53	約 60		第一番目の報告まで 15 分

10. デンシトメータ装置（Densitometer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	OD 測定範囲	記録方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h	数値	感熱他	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
常光	CR-20		240	0～2.0	感熱	100/2	61×49×56	43	280	260 検体メモリー
	PAN-FV		150	0～3.0	感圧	〃	60×59×30	48	320	最大 32 分画
〃	デンシトロン 20HR		240	0～2.0	感熱	〃	55×44×17	18	295	データメモリ 600 検体/FD
ベックマン・コールター	アプレイズ				感熱					

11. 高速液体クロマトグラフィー装置（Instrument for High Performance Liquid Chromatography）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	ハイオート A1c HA-8150	3	1.9分/検体	700	25.8×55×41.1 75×47×17	124	1,250	
	アダムス A1c HA-8160	約4	1.5分/検体	最大320	53×53×53	38(本体のみ)		
カイノス	HLC-727AG	100	17	350	55×65×120	130	1,000	1,5 AG分析計
東ソー	HLC-723G7	3	50	160	53×56×48(90 SL時)	49.5(90 SL時)		
	〃 -725CA II		4	500	68×60×78*	90*		*分析部のみ
〃	〃 -726VMA II	350	17	750	65×65×117	200		
日本ケミファ	HLC-723GHb V	3	27	100/2.1	55×58×50	72		
日本電子	JLC-500 Amino Tac	1～200	加水：25分 生体：60分	1.2	95×75×90	250	1,800	アミノ酸自動分析機
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	REMEDi—HS	1000	3	15	本体 99×71×64 PC 42×42×15 Printer 40×40×40	150	3,000	薬物ライブラリー 900種類以上を有す

12. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	オートチューブ丸底	オートチューブ丸底は，自動化学会推奨サイズ(13φ75mm)の試験管で，バーコードを貼りやすい設計になっております．					
	オートチューブ・スピッツ	オートチューブ・スピッツは，丸底タイプと同様の仕様で，少量検体にも対応出来るようにスピッツタイプになっております．					
アロカ	ルミネッセンスリーダ BLR-201	生物化学発光測定装置(活性酸素，ATP，白血球貪食能などの測定)	約100	約41×38×35	約17	190	
	〃 BLR-301	〃	約150	約37×53×36	約23	250	
〃	マイクロプレートルミネッセンスリーダ Lucy1	2試薬分注機能・振とう機能・温度コントロール機能を標準装備 発光測定と吸光度測定が可能な96穴マイクロプレートリーダ	200以下	本体約60×50×34 分注ユニット約14×21×32	約32 約9	595	
	〃 Lucy2	2試薬分注機能・振とう機能を標準装備 〃	45以下	約46×35×26	約11	380	
東京貿易	ダイヤフラムポンプ TSDP-5 TSDP-10	気液混合流体の吸引に最適					特注可能
	プランジャーポンプ TSMP-50～1000	小型・軽量，高精度・高確度，高耐久性					〃

核医学(RIA)機器
免疫血清検査機器

13. ラジオイムノアッセイ装置（Instrument for Radio Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	検体／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アロカ	オートウェルガンマシステム ARC-380CL	RIA 各種				180	約 68×55×57	約 150	750	
	〃 ARC-1000M	〃				120 以下	約 104×63×66	約 200	850	
〃	全自動 RIA 装置 RIA-2500 シリーズ	〃	10～200	項目による	項目による	200/15	約163×10×145	約 500	構成による	市販ビーズ固相，チューブ固相 RIA 試薬に幅広く対応する全自動分析装置
セントラル科学貿易	オートマチックガンマーカウンター 4/200	RIA 各種				約 200	60×56×52	114	500～	
	〃 10/600	〃				約 300	102×60×80	140	780～	10 本検出器

14. 酵素免疫測定装置（Instrument for Enzyme Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	検体／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケムバイダス SV-5010	HIV 他 45	項目により異なる	最大 36	プレパック方式	100/1.8	54×53×44	38	480	
アズウェル	パーソナルラボ		20～200		50～300	460	66×65×61	約 75	950	マイクロプレート固相 EIA 装置
	アッセイメイト		〃～300		〃～350	690	88×56×64	約 120	1,600	〃
〃	ネスコ SR1					300	76×63.5×48.5	66	1,500	
アロカ	全自動マイクロプレート EIA 装置 Ploto1300 シリーズ	市販 ELISA キットに対応	項目による	項目による	項目による	約 350	約 90×71×67	約 75	980 ～1,450	検体分注から測光まで全工程を自動化
	〃 Ploto3300 シリーズ	〃	〃	〃	〃	〃	約 118×71×67	約 80	1,400 ～1,800	〃
栄研化学	AIA-21	30	10～125	120	パック	1K	98.5×73.5×135	200	2,280	東ソー社製
	〃 -21LA	〃	〃	〃	〃	〃	(98.5+25)×〃	〃	2,480	〃
〃	〃 -1200i	〃	〃	〃	〃	〃	99×74×123	280	〃	〃
	〃 -1200XL	〃	〃	〃	〃	〃	〃	300	2,730	〃
〃	〃 -600 II	〃	10～100	60			81×62×51	72		〃
カイノス	QUARTUS	27	5～80	180	25～400	1K	89×77×56.8	130	1,700	専用試薬
	〃 BS	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	1,800	〃 バーコード対応

〃	〃 Immuno Cube	〃	〃	100	50～200	700	73×68×73	115	950	〃 〃
協和メデックス	AP-960	全自動プレート EIA	30	960	300	100/15	92×75×68	80	1,600	
スズキ	MAOS2	プレート EIA	10～200	項目による	50～200	500	78×75×69	140	1,300	検体希釈から濃度算出まで全自動
	EP-one	〃	〃	〃	〃	300	60×55×45	50	—	〃
テカンジャパン	スクリーニングロボット ジェネシスワークステーション		アッセイによる	1,500		800	142×73×94	122	2,990～	
デイドベーリング	ベーリングエライザプロセッサーIII	市販 ELISA キットに対応	項目による	項目による	項目による	分析部 450	115×58×60	136	1,980	オープンシステム 最大 10 プレート測定
東ソー	AIA-21	30	10～125	120	パック	1K	98×73×135	200		
	〃 -600 II	〃	〃	60	パック	250	81×62×51	72		
〃	MPR-A 4 i II			35秒/プレート		50	21×30×13	6	58	マイクロプレートリーダ
日水製薬	AIA-600/600 II	29	10～125	60		250	80×59×40	68		600 及び 600 II の 2 タイプ
	〃 -21	〃	〃	120		1K	98×73×135	200		
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	全自動マイクロプレート EIA システム"Coda"		項目による	項目による	項目による	450	64×48×89	95	800	検体分注から測光まで全工程を自動化
	ノバパス 550 マイクロプレートリーダー			単波長時25秒 二波長時50秒		最大 75	37×29×13	5	78	マイクロプレートリーダー
日本ビオメリュー	バイダス	HIV, E_2 クラミジア等	項目による異なる	最大 90	プレパック方式	100/3	81×53×41	53	1,500	日常のメンテナンス不要
	ミニバイダス	計 50	〃	最大 36		100/1.8	54×53×44	38	480	〃
バイエルメディカル	バイエル イムノ 1	25	1～65	120	460	200/15	165×74×137	426	1,850	オイルテクノロジー採用
ロシュ・ダイアグノスティックス	COBAS CORE II	EIA 全般	3～250	150	10～470	1 K	99×66×76	110	2,300	

15. 蛍光免疫測定装置（Instrument for Fluorescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	検体／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
医学生物学研究所	Image Titer®	蛍光抗体法で染色した標本の測定				構成機器による	120×70×75	30	950	

国際試薬	エルジア・F750	26	20～200	120		1.2K	105×72×70	180	1,200	
三光純薬	サンオート FE	便中ヘモグロビン	ろ紙	80	500	900	106×74×101	250	1,150	便中ヘモグロビンオート測定装置
ダイアヤトロン	LPIA-A700	40	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		三菱化学社製
ダイナポット	IMX アナライザー	36 以上	150	15～40 分		700	70×63×36	43		
	AxSYM アナライザー	〃	83～275	80～120		1.8K	159×83×120	275	1,580	
テカンジャパン	スクリーニングロボット ジェネシスワークステーション		アッセイによる	1,500		800	142×73×94	122	2990～	
デイドベーリング	オープスアナライザ	18	10～	75		330	66.0×58.4×40.6	34	700	
日水製薬	エバネット EV20	14	8～150	18		200	52×47×28	28		
ファルマシア・アップジョン	ユニキャップ 100	特異 IgE	40	48T/2.7		550	68×60×44	46	230	コンパクト
		非特異 IgE アトピー鑑別	〃	〃						S-IgE・T-IgE・アトピー鑑別同時測定

16. ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（Instrument for Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	検体／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン・コールター	アレイ 360 システム	28	7～20	80	47	100	91×61×66	68		
	IMMAGE イムノケミストリーシステム	36	3～8	180	21	〃	110.5×64.8×76.2	123		

17. ラテックス凝集反応測定装置（Instrument for Latex Agglutination）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	検体／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム IM SI-3510	CRP, ASO等	項目により異なる	最大 6～8	プレパック方式	100	33×22.4×18.5	6		
エイアンドティー	502X	同時 max60	2～40	max300	5～250	3K	156×144×90	500	4,300	

栄研化学	LX-2200	23	5-80	150	30～300	100/60	100×65×72.5	160	960	アロカ社製
協和メデックス	EL-1060	19	20	300	280	100/10	71×70×62	98	1,600	
	HM-JACK	1	12	180	90	320/15	50×55×50	50	480	便潜血測定装置
〃	DM-JACK	3	Glu 3.0 HbA_{1c} 6.4 1.5AG 4.5	〃	R-1 240 R-2 60	300	42×43×40	25	850	糖尿病関連項目分析装置
	DM-JACK II	〃	〃	〃	〃	600	106.4×70.0×106.5	100	1,600	〃
シスメックス	免疫凝集測定装置 PAMIA-50	20	10	120テスト/h		1.05K	105×58.5×79.5	122		
	〃 〃 -30	12	〃	45 〃		480	64×54×43.5	65		
ダイアヤトロン	LPIA-S500	49	3～50	150	20～30	1K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		三菱化学社製
	〃 -A700	40	〃～70	118	〃～50	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		〃
バイエルメディカル	バイエル イムノ1	4	2～11	120	300	200/15	165×74×137	426	1,850	オイルテクノロジー採用

18. レーザーネフェロメータ（LN）（Instrument for Laser Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	テスト／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
デイドベーリング	ベーリングネフェロメータII	血漿蛋白	10～100	225	40	450	124×63×72	160	2,500	
	BN プロスペック	〃	〃	70	〃	〃	107×63×60	115	950	

19. 免疫比濁測定装置（Instrument for Turbidimetric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	テスト／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ダイアヤトロン	LPIA-S500	49	3～50	150	20～300	1K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		三菱化学社製
	〃 -A700	40	〃～70	118	〃～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		〃

20. 発光免疫測定装置（Instrument for Luminescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	検体／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	ビトロス ECi	21	10～200	90			110×75×135	360	1,980	

オリンパス光学工業	SphereLight 180	27	10～100	180テスト/h		100/15	125×75×69	230		
カイノス	MM-100形ルミノメーター (MM-0100)	26	200 or 750	640	1,300	80	32×39.5×20.5	14	400	マストイムノシステムズ専用測定装置
協和メデックス	ケミルミ ADVIA Centaur	30	10～200	240	50～450	2K	184×105×131	545	3,220	
	〃 ACS 180 SE	13	〃	180	〃	〃	149×59×61	160	2,220	コントロールユニット寸法 57×65×61
〃	〃 〃 plus	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2,000	
三光純薬	ピコルミ 8220					700	95×71×66	130	1,750	
塩野義製薬	LUMIWARD(ルミワード) イムノアッセイシステム	特異 IgE	25	50	25～200	100/15	100×64×47	91	1,800	全自動ランダムアクセス
		総 IgE	10	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
ダイアヤトロン	DPCイムライズ	最大 12	5～75	120	項目により異なる	100/10	107×63×41	109	880	
	〃 2000	〃 24	〃	200	〃	200/6	152×119×66	403.7	2,500	
ダイナボット	ARCHITECT i2000	15	4～150	200		4K	173×107×122	450		
テカンジャパン	スクリーニングロボット ジェネシスワークステーション		アッセイによる	1,500		800	142×73×94	122	2,990～	
日本メジフィジックス	Allegro Lite		12～200	最大 170	項目により異なる	460	133×66×62	90	1,850	
バイエルメディカル	ACS：Centaur	30	10～200	240	50～450	2K	184×105×131	545	3,220	
	〃 ：180SE	13	〃	180	〃	〃	149×59×61	160	2,220	コントロールユニット寸法 57×65×61
富士レビオ	ルミパルス f(フォルテ)	25	10～140	120	項目により異なる	2K	125×80×150	404	1,950	
プレシジョン・システム・サイエンス	SX-6P	オープンシステム	10～1000 指定可能	18～90	10～1000 指定可能	100/10	115×83×70	125	1,200	磁性体粒子法 オープンシステム
	ルミプロットII					100/2	35×47×30.6	20	450	96穴 MTP 対応 発光プレートリーダー
ベックマン・コールター	Access	33		100			99×61×47	91		

21. 蛍光偏光装置（Instrument for Polarized Fluorecence）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	分／検体	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ダイナボット	TDXFLX アナライザー	35	50～500	5～22		600	70×58×34	41		

22. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
テカンジャパン	マイクロプレートウオッシャー コロンブス	2又は，4洗浄液切替洗浄，プレートシェイキング，クロスワイズ吸引，30洗浄プログラム，8-16マニホルド又は12マニホルド	60	28×22×39	8.2	110～130	
バイオテック	ELISA 用連続分注・洗浄装置　ALCS-2000	本装置はEIA試薬のコーティングにおける，抗原・抗体の分注やブロッキング液の分注が可能で広範囲にわたりコストや労力のかかる作業を全自動で処理する。	110	225×92×54	100		
ロシュ・ダイアグノスティックス	ECLusys 2010	電気化学連続発光法	1,050	120×75×65	170	2,500	日立5連ラック使用
	7600-001S	モジュールアッセンブリ方式，電気化学連続発光法	4K	245×110	830		寸法：床部専有面積
〃	7600-002S	〃	6K	365×110	1,260		〃

血液検査機器

23. 単項目血球計数装置（Blood Cell Counter for Single Item）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
興和	白血球計数装置 LD-2000	100	60～100	画像解析	白血球	100/2	35×58×23	16		

24. 多項目血球計数装置（Blood Cell Counter for Multiple Item）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム BC SB-1440	12	50	電気抵抗法 レーザースキャッター	10	250	38×39×42	15		ベックマン・コールター社製
シスメックス	多項目自動血球分析装置 XE-2100	サンプラモード 130 CP モード 200 キャピラリーモード 40	150～113	RF/DC 検出方式 フローサイトメトリー法	32	1K	70.6×53.5×71.1	134.5		
	〃 SE-9000	サンプラモード：250 マニュアルモード：100 キャピラリーモード：40	120	RF/DC 検出方式	23	1.86K	110.8×61.8×72	165		
〃	多項目自動血球分析装置 自動網赤球測定ユニット SE9000/RAM-1	〃	120～70	〃	28	3.03K	150.8×82×72	204		
	多項目自動血球計数装置 K-4500	サンプラモード：200 マニュアルモード：100 キャピラリーモード：40	80	〃	18	600	58×63×60	50		
〃	多項目自動血球分析装置 SF-3000	サンプラモード：270 マニュアルモード：170 キャピラリーモード：40	〃	フローサイトメトリー法	23	〃	58×73×60	62.5		
	多項目自動血球計数装置 KX-21	全血モード：50 希釈モード：20	60	DC 検出方式	18	250	42×35.5×48	28		
〃	自動血球計数装置 F-820	20	86	〃	15	160	38.7×39.7×32.5	20		
	〃 F-520	20	144		5	105	25.2×39.7×32.5	12.5		
〃	自動網赤血球測定装置 R-3500	マニュアルモード：100 サンプラモード：250 キャピラリーモード：100 クローズドモード：250	120	フローサイトメトリー法	8	2.395K	110.9×82.1×72	134.5		
	〃 R-500	50	40	〃	3	550	48×50×60	50		
ダイナボット	セルダイン4000	112.5	72～110	レーザー多角度 偏光散乱分離法	27	200/9.5	109×81.3×74	148.3		
	〃 3700	20～350	60～90	〃	〃	1.55K	76×56×61	86		
〃	〃 3200	120～250	70	〃	〃	1.2K	48×83×74	97.3		
	〃 1700	30	60	電気抵抗法	18	600	87×66×49	71		
〃	〃 1200	20	22	〃	〃	500	41×42×41	20	280	
日本光電工業	セルタックファイブ MEK-8118＋QA-810V	100	45	電気抵抗法 レーザー散乱	22	260	88.5×47.5×51	78	1,251	
	セルタックα MEK-6318	30	60	電気抵抗法	18	190	31.5×37×47.5	21	385	

〃	〃 MEK-6308	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃	355	
	セルタック MEK-5216	50		〃	16	90	28×27×37.8	12.5	198	
バイエルメディカル	ADVIA120	157	120	光学法	67	100/15	141×68×86	180		CBC, Diff, Retic 同時測定 Retic 恒数
フクダ電子	エースカウンター FLC-220	10	30	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	7	100	30×36×41	13	250	
	〃 FL-250CBC	〃	60	〃	8	80	30×40×41	16	360	
〃	動物用自動血球計数装置 LC-152	12	37	〃	〃	150	36×32×42	14	420	
	自動血球計数装置 LC-550	10	55	〃	18	80	30×40×41	16	398	
ベックマン・コールター	GEN•S System 2	300	120	電気抵抗法 レーザスキャッター	29	1.65K	99×56×86 (測定部)	104		
	Mwx	185	75	〃	24	1.44K	68×56×79	95.6		
〃	AC-T10	12	50	〃	10	250	38×39×42	15		
	〃 diff		〃	〃	18	〃	〃	〃		
堀場製作所	LC-250	10	60	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	8	100	30×40×41	16	360	国内ではフクダ電子より FL-250CBC として販売
	〃 -220	〃	30	〃	7	〃	30×36×41	13	250	国内ではフクダ電子より FLC-220 として販売
〃	〃 LC-151	〃	38	〃	〃	〃	〃	〃	460	キャップピアス方式
	ペガ LC-140	サンプラモード 200 マニュアルモード 130	120 60		26	最大 1K	116.2×54.4× 66.8	90	2,100	白血球 5 分類測定
〃	〃 レチック LC-141	〃	60 40		38	本体最大800 レーザー最大 900	117×55×74 29×17×11	110 6.1	3,700	白血球 5 分類，網赤血球測定
	LC-270CRP	18	13		9	150	30×40×41	18	488	国内ではフクダ電子より FL-270CRP として販売
〃	〃 -152	12	37	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	8	最大 150	36×32×42	14	420	動物用自動血球計数装置
	ペントラ 60 LC-5000	5DIFF モード 53 CBC モード 130	60	電気抵抗法＋ 光透過度測定	26	最大 200	44.4×48.1× 51.6	35		白血球 5 分類測定
〃	LC-170CRP	CBC+CRP モード 18 CBC モード 10	48 13	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法 ラテックス免疫比濁 rate 法	18 19	150	30×40×41	18	533	全血で CRP 同時測定
	LC-550	10	55	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	18	80	〃	16	398	白血球 3 分類測定

25. 血液凝固測定装置（Blood Clot Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エム・シー・メディカル	KC1A マイクロ			磁気センサー スチールボール法	凝固系	14	12×20×8	1.2	48	
	〃 4A マイクロ			〃	〃	50	36×36×10	6.5	148	
〃	〃 10A マイクロ			〃	〃	〃	38×48×18	19	350	
	AMAX	1～500	PT190	スチールボール法 光透過法	凝固，線溶系	600	69×56×82	98	960	

オルガノンテクニカ	MDA-II	5～50	180	透過光	凝固免疫合成基質	200/9.5	130×79×163	386	1,480	国内販売元：三共
	CAM-MTX	2～	70～80	〃	凝固合成基質	100/4	78×50×54	60	850	〃
〃	ラックロータ	〃	140	〃	凝固免疫合成基質	〃	102×72×39	〃	760	〃
国際試薬	コアグレックス 100	PT, APTT：50, T：20, Fib, H：10	50	散乱光度法	PT, APTT, Fib, T, H, 因子定量 13	140	62×57.5×30.5	40	390	
	〃 700	〃	240	〃	〃	700	96×56×49	130	1,380	
〃	〃 800	PT, APTT：50 T：20 Fib, H：10 ATIII：2.5 FDP：3 DD：10	300	散乱光度法, 吸光度法	凝固13, 合成基質6, ラテックス比濁6	900	58×66×119	150	998 (本体のみ)	
シスメックス	全自動血液凝固測定装置 CA-7000	PT, APTT：50 Fbg, HPT：10 TTO：20 外因子定量：5	500テスト/h	光散乱検出方式 比色法方式	PT, APTT, Fbg, TTO, HPT 因子定量 ATIII, α, PL, PLG, FC, FDP, DD ダイマー	1,450	105×62×76.5	145		
	〃 CA-6000	PT, APTT：50 Fbg, HPT：10 TTO：20 外因子定量：5 内 〃 ：10	300 〃	〃	PT, APTT, Fbg, TTO, HPT 因子定量 AT III, α, PL, PLG, FC, FDP, DD ダイマー	930	87×55.2×86	75		※合成基質，免疫比濁はオプション
〃	〃 CA-1500	PT, APTT：50 Fbg, HPT：10 TTO：20 外因子定量：5 内 〃 ：10	120 〃	〃	PT, APTT, Fbg, TTO, HPT 因子定量 AT III, α, PL, PLG, FC, FDP, DD ダイマー	720	78×78×50	84.5		
	〃 CA-510	PT, APTT：50 Fbg, HPT：10 TTO：20	最大 50 〃	光散乱検出方式	PT, APTT, Fbg, TTO, HPT	400	54×49×47	45		
〃	〃 CA-530	PT, APTT：50 Fbg, TTO, HPT：10 TTO：20 AT III：10	〃	光散乱検出方式 比色法方式	PT, APTT, Fbg, TTO, HPT, ATIII	〃	〃	〃		
	自動血液凝固測定装置 CA-50	PT, APTT：50 Fbg, HPT：10 TTO：20		光散乱検出方式	PT, APTT, Fbg, TTO, HPT, 因子定量		32.8×31×10.2	4		
ダイアヤトロン	ACL Futura Plus	PT-FIB, APTT：50 PCX/HPX（複合因子）, 因子：10 AT III：20	240(PT-FIB 同時測定)	クロット法 発色性合成基質法 ラテックス凝集法	凝固・線溶	400	104×63×5	84	1,100	凝固・線溶ランダム測定 PT-FIB 1 試薬同時測定
	〃 200	PT, FIB：50 APTT：53 PCX/HPX（複合因子）：10	110(PT-FIB 同時測定)	クロット法 発色性合成基質法	〃	300	75×63×45	50	200	PT-FIB 1 試薬同時測定
〃	〃 1000	〃	〃	クロット法	〃	〃	〃	〃	250	〃
	〃 7000	〃	175(PT-FIB 同時測定)	クロット法 発色性合成基質法 ラテックス凝集法	〃	〃	〃	〃	600	〃
第一化学薬品	コアグレックス 800	2～50	300(凝固分析モード) 180(標準モード)	凝固時間法 合成基質法 ラテックス比濁法	20		57×65×120	100		
ロシュ・ダイアグノスティックス	STA-R	25～200	最大 200	ヴィスコシティー ディテクション 方式	凝固時間合成基質 免疫比濁	100/20	121×82×125	200		寸法・重量は本体のみ
	〃 compact	0～200 5μl 毎可変	150	〃	〃	100/15	97×65×64	125		〃
和光純薬工業	COAG 1	25		粘性感知ドライ試薬カード方式	PT, APTT Fib, TB	100/2	39×31×13.4	6	185	

26. 血小板凝集測定装置（Instrument for Platelet Aggregation Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エム・シー・メディカル	MCM ヘマトレーサー 313	100/200	8/12	光透過法	185	65×55×21	37		
	WBA アナライザー	200	4	SFP 変法		46×42×43	18		

興和	PA-20	300	2	レーザー散乱光、LED濁度法	100/2	41×33×13	8.5		
	〃 -200	〃	4	〃	〃	55×32×15	14		
〃	ET-800	100・200	8	光透過法	〃	52×40×20	15	350	東京光電社製
メバニクス	WBA Analyzer (WBA-4)	全血200×4	4	SFP法	140	45.7×42×42.5	18		全血検体で測定可
	PATI Analyzer PAM-12C	100/200	12	光透過法 (PRP法)	本体150	本体55×65×21	37		グレーディングカーブPATIによる解析
〃	MEBA-1 〃 -8T	〃	8	〃	240	65×58×58	35		〃
	MEBA-2 〃 -8C	〃	〃	〃	250	78×50×60	40		〃
〃	〃 〃 -6C	〃	6	〃	〃	78×40×56	35		〃

27. 赤血球沈降速度測定装置（Instrument for Erythrocyte Sedimentation Rate Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		ml			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エム・シー・メディカル	ペスマティック60	1	60	ウェスタグレン変法	100	56.4×27.7×32.8	19	280	
	〃 20	〃	20	〃	60	40×27.5×27.5	10	90	
〃	ミニペス	〃	4	〃	9/0.3	11×14.1×18.5	0.7	18	
常光	モニターS	1.1	100	ウェスタグレン変法	100/1	26×43×14	7		バーコードリーダー
	〃 J	〃	20		〃	26×23×14	1.7		〃
〃	マイクロSED	〃	10	ウェスタグレン法	〃	18×10×14	1		〃
	JOS-15	1	15	〃	〃	36×25×40	12	38	検体吸引ポンプ内蔵
〃	〃 -60	〃	60	〃	100/2	42×48×46	25	240	〃
セファテクノロジー	赤沈自動測定装置 SESR-2001-20/40/60	1.0/0.3	20/40/60	CCDカメラ透過光	500	35×29×32.5	25	120～	キャピラリー管による小児検体が測定可能。
テクノメディカ	ESR-quick 15	1.8	15	CCDカメラ画像処理	3A	39×43×29	25	160	従来の2時間値を25分で測定。真空採血管ダイレクト法
	〃 -6000BP	〃	60	国際標準法	〃	53×35×43	〃	300	バーコード対応
〃	〃 -1000	〃	10	〃	〃	32×17×47	11.5	48	

ニプロ	FA-3		12	ウェスタグレン法	100/0.3	17×37×46	10	45	
フクダ電子	自動血沈測定装置 ABS-150P	1.6	15	ウェスタグレン法	35	60×20×42	16	59	㈱デジテック研究所製

28. 血液標本自動作製装置（Auto Preparing Instrument for Blood Sample）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
シスメックス	塗抹標本作製装置 SP-100	100	120	1.28K	92×73×70.5	120		
ダイナボット	セルダイン SMS		80～120	1.5K	84×89×71	120		
堀場製作所	SPS LX-9131		120	最大1K	91×70×50	80		標本作製，染色まで自動化

29. 血液像自動分類装置（Instument for Blood Cell Differentiation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
シスメックス	OMRON 血液細胞自動分析装置 MICROX HEG-50S		50		自動顕微鏡ユニット 50×55×47	80		

30. 細胞分類装置（Instrument for Differential Cytology）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
日本ベクトン・ディッキンソン	IMAGN2000	50	60	レーザースカニング	2	100～240	52×61×62	56.7		一定体積をもつキャピラリー内に，蛍光抗体でラベルした血液細胞を入れ，レーザーを用いて細胞のサブクラスの決定・計数をするシステム
	FACS Calibur 4S			蛍光散乱		3K	91.4×61.5×67.3	110	1,500	蛍光抗体でラベルした血液細胞をレーザーで解析して陽性率及び測定する
ベックマン・コールター	EPICS XL System II	指定なし	120	レーザーフローサイトメトリー	12	3K	61×57×51	63.5		デジタルフローサイトメーター
	〃 ALTRA	〃	100	〃	〃	〃	178×198×132	400		高速セルソーター

31. 血液型判定装置（Blood Type Automatic Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	オーソ・オートビュー	血漿 40 RBC 10	48(ABD) 36(Screen)	ABD Screen 等	1.15K	140×75×92	230	1,900	

32. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス光学工業	ID-Micro Typing System	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型のマイクロタイピングシステムです。					
興和	細胞マイクロレオロジー測定装置 FCFAN	血液細胞の流動性を視覚的に観察できる	100/5	30×30×50			日立原町電子工業社製
常光	グリコヘモグロビン A_{1c} 分析装置 HS-10	前処理なしで，安定型グリコヘモグロビン A_{1c} を 2 分/検体処理	100/2	57×62×61	65		キャップ-ピアス方式
バイオテック	クームスサンプラー CS-5000	クームス試験用全自動型サンプラーで 300 検体/毎時の処理能力を持っています。	350	88×67×60	70	580	
フクダ電子	自動血球計数 CRP 測定装置 FL-270CRP	測定項目：WBC，RBC，Hgb，Hct，PLT，CRP(C 反応性蛋白) 測定方式：WBC，RBC，Hct，PLT：電気抵抗法 Hgb：シアンメトヘモグロビン法 CRP：ラテックス免疫比濁 rate 法	150	30×40×41	18	488	
〃	自動血球計数 CRP 測定装置 LC-170CRP	測定項目：白血球 3 分類粒度分布図 赤血球粒度分布図 血小板粒度分布図 CRP 測定方式：上記に同じ	150	30×40×41	18	530	

細菌検査機器
尿検査機器
病理検査機器

33. 微生物分類同定装置（Instrument for Bacterial Identification）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
デイドベーリング	Walk Away 96			1.1 k	97×74×94	182	3,300	同定/感受性同時測定
	〃 40			〃	97×74×74	170	2,000	〃
〃	auto SCAN-4			120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
日本ベクトン・ディッキンソン	PHOENIX	生化学反応 色調吸光度測定		700	112.5×74.9×105.9	151.4		
日本ビオメリュー	バイテック 2	蛍光		100/5	100×71×67	100	1,800	次世代の細菌検査装置
	バイテック 32,60,120,240,480	比色及び比濁法		(バイテック 32) 100/5	(バイテック 32) 35×74×61	(バイテック 32) 45	(バイテック 32) 580	
〃	ミニアピ	〃		100/2	43×46×35	25	450	

34. 感受性試験装置（Instrument for Bacterial Sensitivity Test）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	薬剤形態	MIC 測定	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h		可・否	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
デイドベーリング	Walk Away 96				可	1.1 K	97×74×94	182	3,300	同定／感受性同時測定
	〃 40				〃	〃	97×74×74	170	2,000	〃
〃	auto SCAN-4				〃	120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
長瀬産業	IS60	濁度	50	プレート	可	100/7	94.2×54.2× 88.2	80	750	
	IS20 MIC	画像判定	60	〃	〃	100/5	75×50×53	60	1,200	
日水製薬	センシタイター	蛍光法	60	乾燥プレート	可	120				イノキュレータ，オートリーダー， オートインキュベーターがセット
日本ビオメリュー	バイテック 2	比濁法		カード式	可	100/5	100×71×67	100	1,800	次世代の細菌検査装置
	バイテック 32,60,120,240,480	比色及び比濁法		〃	〃	(バイテック 32) 100/4	(バイテック 32) 35×74×61	(バイテック 32) 45	(バイテック 32) 580	

35. 血液培養検査装置（Instrument for Blood Culture System）

会社名	商品名 型式名	分析法	架設本数	ボトルの種類	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			本		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
オルガノンテクニカ	バクテアラート 120 微生物検査システム		120	5	100/6	85.09×55.88×86.36	152	900	国内販売元：日水製薬
	〃 240 〃		240	〃	100/6.3	85.09×55.88×175.30	238	1,500	〃
日水製薬	バクテアラート 120/240	CO_2電極法	120-120 240-240	5		87×55×87(120)	170(120)		
	〃 3D	〃	最大 1440	〃		35×60.8×90	57.3		血液培養と抗酸菌の組み合せが自由に設定できる

36. DNA 測定装置（Instrument for DNA Analysis）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
日本ベクトン・ディッキンソン	Probe Tec	核酸増幅法		300	72.4×72.4×54.6	32.7		新法SDA法を用いて簡便にDNAを増幅測定するシステム
ロシュ・ダイアグノスティックス	COBAS AMPLICOR			0.8K	86×57×90	75	980	PCR 検査用自動測定装置
	ジーンアンプ PCR システム 9600R			1.5K	52×61×30.5	40.5	146	サーマルサイクラー
〃	〃 2400R			1.0K	34×60×21	29.5	71.5	〃

37. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	4 cc スポイト L	バイオハザードの恐れのある検体を，より安全に，より確実に検体処理が行えます					
	15 ml スクリュースピッツ	DNA 測定検査などの，前処理容器として使用できます					
オルガノンテクニカ	バクテアラート MB120 抗酸菌検査システム	培養ボトルを装置本体に設置するだけで，抗酸菌培養検査の結果判定，プリントアウトまですべて自動で行いますので，業務感染の危険性を軽減できます	100/6	85.09×55.88×86.36	152	600	国内販売元：日水製薬
	〃 MB240 〃	〃	〃	85.09×55.88×175.30	238	980	〃
〃	〃 3D 〃	血液培養検査と抗酸菌培養検査を1台のシステムで同時に行うことができます，操作法は簡単でボトルID番号を内蔵バーコードリーダーで読み取り，任意の測定セルに設置するだけで結果を自動的に報告します	コントロールモジュール100/1インキュベータモジュール100/4	コントロールモジュール 35×60.8×90 インキュベータモジュール 48.8×60.8×90	コントロールモジュール57.3インキュベータモジュール110	980	〃
	BACT/VIEW コンピュータシステム	バクテアラート 3D 用コンピュータシステム				200	〃
セントラル科学貿易	エアーサンプラー RCS	空中浮遊菌を定量的に分析する採取装置		4×4×33.5	1.1	29.8～	

日本ベクトン・ディッキンソン	BACTEC MGIT960 システム	抗酸菌の分離培養及び感受性試験のための自動機器です． 月約 640 本の分離培養検体を処理できます． 検出時間の短縮と検出感度の向上が可能になりました．	1.15 K	90×77×147	450	1,000	
日本ビオメリュー	ミニバイタル バイタル(200, 400 システム)	連続モニタリングシステムによる血液培養装置，検出原理は pH 変動，酸化還元電位変化及び CO_2 生産による e^-，H^+ 変化を蛍光強度の変化により検出		(ミニバイダス) 87×87×46	(ミニバイタル) 68	480	
				(バイタル 400 システム) 78×114×108	(バイタル 400) 341	2,000	
和光純薬工業	トキシノメーター MT-358	エンドトキシン及び(1→3)-3-D-グルカンの測定が同時に行え， グラム陰性菌及び真菌による敗血症の迅速診断に有用です．	300	35×41×31.8	15	265	

38. 浸透圧計（Osmotic Pressure Manometer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	サンプル量	測定範囲	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h	μl	mosM／kg	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オズモステーション OM-6050	20	200	0～2,000	最大 200	32×46.5×43.5	30	390	
	オズモスタット OM-6040	〃	〃	〃	150	34×36×22.2	16.5	190	
富士工業	アドバンス浸透圧計3D3	低濃度2分／検体 高濃度3分／検体	200～250	0～4,000	110/1.5	32×2×30	11	198	凍りにくいサンプル測定可能
	〃 3300	1	20	0～2,000	100/1	26.5×33.5×39	9	〃	最新測定データリコール機能 30 検体計算機能
〃	〃 3900	約 30	200～300	0～4,000	100/4	55×51.8×54.5	25	428	凍りにくいサンプル測定可能・本器に記憶されている測定結果とメッセージリコール機能

39. 尿分析装置（Urine Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	定性・定量の区別	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オーションマックス AX-4280	225	定性	10	最大 250	53×53×53	33(本体のみ)	780	
	オーションジェット AJ-4270	450	〃	〃	40	33×23×16.8	4	99.8	
〃	オーションミニ AM-4290	120	〃	〃	30	35×31.5×13	3	39.5	
	マイクロオーション MA-4260		〃	〃	25	25×11.5×6.5	0.82	12.8	
〃	ポケットケム PU-4210	60	〃	〃	20	12.5×8.7×3.3 (本体のみ)	0.3 (本体のみ)		
	オーションマスター UM-3410	180	定量	7	500	53×60×50	30		
栄研化学	US-2100	720	定量	10	85	40×36.5×31.5	25	250	寺崎電気産業社製
	〃 -2100 R	〃	〃	〃	45	39.2×32.5×30.5	13	〃	〃
〃	〃 -3100	480	〃	〃	600	68×89.2×67.5	115	980	〃
	〃 -3200	〃	〃	〃	〃	126.0×78.7×87	140	〃	〃
バイエルメディカル	クリニテックアトラス ラックハンドラー 10	225	定性	12	100/3.5	72.4×65.5(5)66.0	86.5	950	色調・混濁測定可
	クリニテック 100	60	〃	10	100/0.2	39.4×32×11.2	3.9	39.8	
〃	〃 50	〃	〃	11	100/0.3	15.2×24.2×15.2	1.4	12.5	
	〃 500	514	〃	〃	100/0.72	37.7×32.4×28.2	7.4	224.5	BCR にて ID 番号，色調混濁入力す
和光純薬工業	プレテスター RM7000	360	定性	11	200	50×62×45	60	960	全自動 マイクロニクス社製
	〃 RM805	375(最大)	〃	〃	50	27×21×10	2.8	65	小型分析装置 〃

40. 自動 PSP 測定装置（Automated PSP Tester）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定項目	サンプル量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h		μl	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	ピーエスピーオート PSP-3120		1	1,200	30	35×31.5×13	6	85	
常光	PSP-DP	20	PSP 負荷		100/2	27×33×50	9	120	2 波長測光方式

41. 尿沈渣分析装置（Urine Sediment Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定原理	サンプル量	分類項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h		μl	数	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
シスメックス	全自動尿中有形成分分析装置 UF-50	50	フローサイトメトリー法	約 800	5	480	48×56×70	55		
	〃 UF-100	100	〃	〃	〃	500	60×70.5×80.7	114		
日立製作所	6800 尿自動分析装置	120	フローサイトメトリー＋画像パターン認識	約 100	自動分類 6 参考出力 7 検体フラグ 4	分析部：100／10 画像レビュー:300／10	分析部：85×75.5×47.5	分析部：約 80		

42. 便潜血測定装置（Automated Fecal Occult Blood Analyzer）

会社名	商品名 型式名	分析法（測定法）	処理能力	測定原理	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アズウェル	ヘモテクト HT500	比色法	96	金コロイド比色法	350	本体 70×66×48 ポンプユニット 35×37×34	72 13	498	
	〃 NS-1000	〃	200	〃	300	66×61×48	60	560	
栄研化学	OC センサーII	ワンステップレイト法	90	ラテックス凝集	350	74.2×63×43	60	630	多摩精機社製
	〃 -270R	〃	270	〃	〃	78×57.5×56	70		〃
〃	〃 -550S		550		〃	70×57.5×56	〃		〃
関東化学	HGS-180	イムノクロマト法	180	反射デンシトメトリー	100/2	65×65×60	65	650	常光社製 テストキットは用手法と共用
国際試薬	ヘモトラップ 150	金コロイド免疫測定法	150	表面反射率測定	90	60×42×46.4	37	230	

常光	HGS-180	イムノクロマト法	180	反射デンシトメトリー	100/2	65×65×60	65	650	テストキットは用手法と共用
和光純薬工業	JIA-HB2010	金コロイド比色法	200	金コロイド凝集反応	100	59.2×54.2×58	68	580	

43. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アジア器材	12 ml 沈渣スピッツ	12 ml 沈渣スピッツは，各種尿検査器械に対応し，バーコードの貼りやすい設計になっております．					
	11.5 ml 沈渣スピッツ	〃					
セントラル科学貿易	Hemata STAT II	遠心分離が1分間で行なえ，ヘマトクリットリーダーが装備されている小型遠心機．	100	18×13×12	0.6	29.8～	
バイエルメディカル	クリニテックアトラス	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，混濁					
	〃 500	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調					
〃	〃 100	〃 ,					
	〃 50	〃 , 色調					
バイオテック	核酸抽出装置 AGE-96	96 CH 同時処理，コンパクトサイズ，全自動	400	70×75×75	80	850～	ビーズ法抽出
プレシジョン・システム・サイエンス	核酸抽出装置 SX-6G	6連続ノズル，DNA/RNA プラスミド抽出に最適	100/8	96×60×73	120	790	磁性体粒子法
	〃 SX-8G	8連続ノズル，MTP 対応ダイターミネーターの除去に最適	100/5	75×55×50	50	800	〃
〃	〃 SX-OG	シングルノズル，DNA/RNA/プラスミド抽出に最適	〃	60×60×60	45	450	〃
	〃 SX-96G	96連続ノズル，MTP 対応	200/30	150×110×150	200		〃

44. 自動組織細胞染色装置（Automatic Tissue Staining Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理工程槽	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数	数／回	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
関東化学	ミラステイナー		28枚	605	54×51×36	約16		血液グラム染色可能
協和メデックス	Qpti Max Plus	40試薬	40枚/1回2時間	100	122×61×69	76	980	
ダコ・ジャパン	ダコテックメイト Horizon	16トレイ	40スライド/回	最大300	91×52×38	25	630	キャピラリーギャップ方式

45. 画像処理装置（Image Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目数	画素数	モニター（インチ）	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		種	画素	カラー／モノクロ	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
シスメックス	血液細胞画像ファイリングシステム LAFIA	最大 約80,000枚	RGB 756×736	17インチ フルカラー					

46. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	マルチトランスチューブ	スライドガラスの輸送ケースで，アルコール固定などの固定容器，特殊染色容器としても使用できます．					
ニューコン	染色体画像解析システム カリオビジョン	染色体顕微鏡像の画像解析による自動分類．G分染，Q染色対応				150	

生理機能検査機器

47. サーモグラフィー装置（Instrument for Thermography）

会社名	商品名 型式名	温度分解能	操作時間	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		℃	秒	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
日本電子	JTC-7520 医用サーモビュア	0.05	0.8	250	13.5×28.5×15.6	4.5	750	高画質，高感度
	JTC-7530 〃	〃	〃	〃	〃	〃	900	〃

システム

48. 臨床検査システム（Computer System for Clinical Laboratory）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分析	ホスト／ サーバ CPU	データ 入力方式	端末台数	オンライン 分析計台数	検査項目数	データ 保存日数	メーカー 希望価格 万円	特長・備考
エイアンドティー	CLINILAN NT series	生化学,血液,血清,一般,生理,細菌,病理,輸血,RI,	Pentium III	オーダリング OMR, OCR	10～100	～100	99999	3年		中・大規模システム, WindowsNT4.0/workstation
	CLINILAN Eco 標準システム	生化学,血液, 血清,一般,RI,	〃	用手法	6	～10	9999	〃		小・中規模システム, WindowsNT4.0/workstation
オリンパスシステムズ	OLCDS600	検査全般	Windows NT	キーボード, OMR, OCR	任意	任意	10,000			
小林記録紙	SIMS for Windows NT	生化学,免疫学 血液学,尿一般	Pentium III	オンライン,キー ボード,OMR	任意	任意	～9.999	ディスク容 量による	別途見 積り	Windows NT 対応
C N A	CNA-Net 検査	生化学, 血液 血清, 尿一般	Windows 2000/NT	OMR, OCR,タブレ ット, オーダリン グ, タッチパネル	1～	1～	9999	ディスク容 量による	300～	インターネットによる検索照会システム対応
	CNA-Net 病理	病理	〃	キーボード オーダリング	〃		〃	〃	〃	病理画像対応
〃	CNA-Net 細菌	細菌	〃	OMR, OCR,タブレ ット, オーダリング	〃	1～	〃	〃	〃	画像対応
	CNA-Net 輸血	輸血	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	CNA-Net 画像	検査全般 医療画像	〃	DICOM, スキャナ ーテジタルカメラ	〃		〃	〃	150～	〃
	CNA-Net 生理	生理	〃	キーボード オーダリング	〃	1～	〃	〃	300～	〃
〃	CNA-Net 健診	健診	〃	OMR, OCR, タブレット, タッチパネル	〃	〃	〃	〃	〃	〃
シスメックス	臨床検査情報システム SIS シリーズ		Pentium							
島津エス・ディー	LAPIS	生化学, 血液, 尿, 一般	Pentinm III	キーボード	1～30	1～60	9999	1～5年		
長瀬産業	感染症コントロールシス テム		Widows NT	オンライン, キーボード	任意	任意		5年以上		
	SUN 臨床検査総合シス テム		UNIX		1～	1～	制限なし	制限なし		
〃	イメージ入力システム It's(フォームキャッチャー)	依頼書受付 システム	Windows		〃			〃		画像ハンドリングによる OCR, OMR 機能の総合
日本ケミファ	Dia LAN	検査全般	Pentium	オンライン, FD, K/B	1～250	1～250	～9,999	3年以上	150～	
日本電子	臨床検査情報処理システム JCS-22L	生化学,血液, 免疫,尿一般	Net Ware サーバ	OMR, OCR, バーコード他	2～25	32	5,000	2年以上	構成により 異なる	迅速検査システム
	〃 JCS-33L	〃	Windpws NT サーバ	OMR, OCR, バーコード オーダリング他	2～任意	100	9,999	〃	〃	〃

日本メディカルバンクシステム	MES-NET-1	生化学，血液，血清，一般他	Pentium	オーダリング，OCR OMR	1から20	1から15	9999	3年	150～	低価格，パッケージ対応
	MES-NET-2	〃	〃	オーダリング，OCR	10から30	10から50	任意	任意	1500～	セミオーダー仕様
〃	MES-NET-3	〃	〃	〃	30台以上	30台以上	〃	〃	3,000～	要望にあわせる
	ドクター支援システム	検査システムとのリング	〃		1から1000		〃	〃	100～	迅速対応，通信機能あり
〃	オーダリングシステム	各部門とのリング	〃		〃		〃	〃	500～	検査オーダーのみでも可
	電子カルテシステム	〃	〃		〃		〃	〃	〃	ペーパーレス
〃	病理システム	検査システムとのリング	〃		1から10	1から15	〃	〃	100～	画像対応
	細菌システム	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	低価格，パッケージ対応
〃	生理システム	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	予約，画像対応
	画像ファイリング	各部門とのリンク	〃		1から20	1から20	〃	〃	〃	アナログ，DAICOM対応
〃	薬剤，物品管理システム		〃		1から1000		〃	〃	〃	オーダーリングと連動
ニューコン	臨床検査システム PC-Win/Net(LABO)	生化，血液一般等		オンライン入力，OCR，ONR，手入力	1～	1～	～3000	3年～	500より	
	〃 PC-Win/Net(LABO)Light	〃		〃	〃	〃	〃	〃	250より	
〃	人間ドック検診システム PC-Win/Net(HEALTH)	生化，血液生理等		〃	〃	〃	～1000	〃	350より	
	輸血管理システム PC-Win/Net(BLOOD)	血液		〃	〃	〃		〃	〃	
〃	ドクター支援システム院内イントラネット/WebシステムPC-Win/Net(DOCTOR)(INTRA)	検査システムの照会			〃		～3000		〃	
	病理・細胞診システム PC-Win/Net(PATH/CYTO)	病理，細胞診		オンライン入力，手入力	〃			3年～	〃	
〃	細菌・微生物検査システム PC-Win/Net(BACT)	細菌，微生物		〃	〃	1～		〃	〃	
	医用画像情報管理システム PC-Win/Net(PACS)	画像		DICOM，ビデオ等	〃	〃		1年～	500より	
ノートウェア	Clinicalware CW 3.0	検体検査全般		手入力/OMR/OCR	1台～Max50台	1台～Max50台	制限ナシ	12ヶ月	350～	
バイエルメディカル	URINA-BSシステム	尿定性，定量，沈渣	ペンティアム166MHz	オンラインキー入力	MAX5台	2	48	約1年間HDD容量による	265	
日立エンジニアリング	臨床検査依頼伝票入力システム	依頼伝票受付システム	Windows NT	イメージスキャナ，K/B	無制限					
日立製作所	HILAS-1000	検査全般	PC/UNIXサーバ	キーボード，OCR，MSR，他	2～100	～100	9,999	制限なし		トータルシステム，Windows NT
	〃 -500	〃	PCサーバ	〃	1～50	～20	〃	〃		小・中規模システム，Windows NT/95
〃	〃 -700	〃	〃	〃	1～4	～6	500/1000	〃		小・中規模システム，Windows NT

ピー・エム・エル	臨床検査システム Autopack24		UNIX			可	無制限	5年		バーコードランダム検査オーダー，診療連携
ペイリンク	ALPHA-NET WIN NT/98	検体検査	Pentium II		～100	～200	～9,999	～120ヵ月	198～	他に生理，健診，輸血管理システム有
山久化成	マインズ	生化学，免疫学 血液学，尿一般	Pentium	オンライン キーボード FD，OMR	任意	任意	9999	ディスク容量による		Windows NT 操作性，拡張性高機能

49. 検体前処理システム（Sample Processing System）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分野	システム構成	検体搬送方法	ラック種	処理能力	接続分析装置	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アイディエス	検体前処理搬送システム IDS-880/S1	生化学検査 血清・免疫検査	搬入，エラー搬出，遠心機，栓抜，血餅検知，分注，ラベル発行，搬出 各1台	1本搬送	1本ホルダー方式	親検体 280本/時	各メーカー約20種接続実績あり		レイアウトにより異なります		お問い合わせ下さい	・設置スペースに合わせ配置変更可能 ・再利用ストッカー各種ユニット組合せ可能
	〃 IDS-880/S2	〃	搬入，血餅検知，搬出，栓抜，遠心機，ラベル発行，分注，搬出	〃	〃	親検体 840本/時	〃		〃		〃	〃
〃	〃 IDS-880/C	凝固検査 血糖関連検査	搬入，エラー搬出，搬出 冷却遠心各1台	〃	〃	分析機の処理能力に準じます	各メーカー約5種接続実績あり		〃		〃	〃
	〃 IDS-880/U	尿検査	搬入，エラー搬出，分注ラベル発行，搬出各1台	〃	〃	親検体 280本/時	〃		〃		〃	・尿コップから尿スピッツへ分注可能
〃	IDS-2000	生化 血清	搬入，血餅検出，栓抜，分注，搬出	1本	1本	100本/時			163×69×140			コンパクトサイズ
アボット東芝ダイアグノスティックス	TPS-600	全分野(除く細菌，病理)	セル方式によるシステム構成	1本ホルダー方式	1本ホルダー	システム構成により異なる	全分野分析装置(除く，細菌，病理)					1本搬送方式によりリアルタイム性に優れる
	〃 -300	生化学，免疫	搬入，収納 接続ユニット	〃	〃	〃	生化学，免疫，他					コンパクト搬送
アロカ	検体前処理システム APS-1000シリーズ	生化学，血清	分注，他	ラック搬送	アロカ10本ラック，他	250検体/h		約1.5K	構成による	構成による	構成による	
	〃 APS-3000シリーズ	〃	〃	〃	〃	〃		約2K	〃	〃	〃	
エイアンドティー	CLINILOG Ver. 2	生化，血液，血清，凝固，免疫	スタートストッカ，分注機，開栓機，接続ユニット，ダブルストッカの組み合わせ	ラック方式	日立5検体ラック，シスメックス10検体ラック	構成により異なります	TBA-206FR，U7600，AIA-21，コアビックス，ニャルスター，Geo-S，GAMU	100	ユニットにより異なります	ユニットにより異なります	構成により異なります	
オリンパス光学工業	OLA6000	生化学 免疫・血清	分注・仕分けバーコード貼付	ラック搬送	10本ラック	1:3分注時 280検体/h	生化学 電気泳動他					
シスメックス	HSトランスポーテーションシステムHSTシリーズ	血液検査	多項目自動血球分析装置・網赤血球測定装置・塗抹標本作製装置	ベルトライン方式	シスメックス製10本ラック		XE-2100 R-3500 SP-100					
	凝固検査検体搬送システム CSTシリーズ	凝固検査	全自動血液凝固測定装置	〃	〃		CA-6000 CA-5000					
〃	HSトランスポーテーションシステムXE-Alpha	血液検査	多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	〃	〃		XE-2100 SP-100					
	〃 SE-AlphaR	〃	多項目自動血球分析装置・網赤血球測定ユニット・塗抹標本作製装置	〃	〃		SE-9000/RAM-1 SP-100					
〃	〃 SF-Alpha	〃	・多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	〃	〃		SF-3000 SP-100					
	USトランスポーテーションシステムUS-Alpha III	尿検査	・尿中有形成分分析装置・尿分析装置・データ処理装置	〃	〃		UF-100 SA-4250 PC-DPS(C)					

大扇産業	自動開栓装置 APN シリーズ				各種	800～4500/h		100/15	100×70×110	200		ポンチ型打抜き方式のフィルム栓採血管専用
	〃 ARD シリーズ				〃	600/h		〃	70×70×110	150		ゴム栓採血管専用
テクノメディカ	自動尿分取装置 UA・ROBO-600A	尿検査		ベルトコンベア		100/h		3A	79×75×135	150	1,180	
	〃 UA・ROBO-600B	〃		ラック方式		120/h		〃	79×106×135	160	980	
〃	一般検査前処理システム UA・LABELER-1	〃		〃		5秒/本		〃	56×51×61	40	480	
	自動検体仕分け装置 SS-ROBO-800	径φ12～16.5 長さ75～100mm	6種分け	ラック方式	5本ラック 10本ラック	600 検体/h	特注で可能	100/10	170×90×150	400	4,500	採血後の検体を各検査内容に応じてラックに仕分けします.
東ソー	DS-120	HbA_{1c}, 血糖	ミニ搬送	ベルト方式	10本 (Sysmex)		HbA_{1c}, 血糖		120×(81)×(88)	(190)		
ニチリョー	NSS-1000 II	PCR前処理及び汎用分注	分注, 希釈, 他					150	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	
	NSP-7000 II	〃	〃					〃	72×55×44	37	220	
日本電子	検体搬送システム JLA-500T	生化学, 免疫, 血液他	遠心, 開栓, 分注, 搬送, 閉栓他	ベルトライン方式	1本又は5本ラック対応	構成により異なる	生化学, 免疫, 血液他	100/80	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる	トータル検体搬送システム
	〃 JLA-700TS	生化学, 免疫	分注, 搬送	〃	〃	最大300 検体/時	生化学, 免疫他	100/40	〃	〃	〃	コンパクト検体搬送システム
日立製作所	検体前処理システム	生化学, 免疫, 血清, 血液, 凝固, 尿	・検体投入部・遠心分離モジュール・開栓モジュール ほか	ラックによるベルトコンベア搬送	日立5本ラック他	250～400 検体時構成, 使用条件により異なる	日立7600 シリーズ他	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		
メルシャンクリンテック	メルコード DC-2 MR410S	2次元データコード	PC	自動読取り			RS-232C	100/25	22.5×38.0×25.0	10.5	360	
	PC-2 プリンタ MR410							190	22.0×30.0×10.0	4	60	
山久化成	検体小分装置 SasuGer200	生化学・免疫 血清・外注	親検体情報(バーコード対応)に基づき, 自動的に指定本数だけ検体に小分けする.		親検体=5本ラック 小検体=各種ラックに対応	親検体200 本/時		500	78×6573	80		
	〃 SasuGer180	生化学・免疫 血清・外注				〃		〃	64×65×70	60		
〃	HbA1c 用検体希釈 PiaTreat200	HbA1c 用	HbA1c 用検体処理装置. ピアス式であって, 遠心分離された採血管の底部から, 血球(4.5～12 μl)を採取し希釈液を(450～1200 μl)添加した後, 溶血混和を行い HbA1c 用の検体を調製する全自動装置. 採血管は閉栓, 開栓に対応. PiaTreat 200 は閉栓のみ対応			600 本/時		200	89.3×74×54	80		400 検体同時架設
	〃 PiaTreat50α	〃				500 本/時		150	47×47×64	60		
〃	〃 PiaTreat30	〃				150 本/時		100	34×55×64	25		

50. オートラベラ・バーコードプリンタ (Auto Labeler & Barcord Printer)

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	バーコード種	ラベルサイズ (mm)	消費電力 V/A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アイディエス	AL-600R	800本	φ:13～16長さ75～100シール栓 ゴム栓プラスチック栓	専用トレー	900本/時	JAN NW-7 CODE39 ITF2 of 5	50×35	1K	125×64×125	120	お問い合わせ下さい	
	〃 -600P	〃	φ:13～16長さ75～100シール栓 ゴム栓プラスチック栓	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
オリンパスシステムズ	OLCOS-BLS	最大180本	φ 13～16 長さ 75～100	専用トレー	7秒/本	JAN NW7 ITF Code39.93 OPC-A/E EAN13/8	50×32	600	100×65×54	120		

小林記録紙	ラベルプリンタ KP-100				150 mm/秒	11 種	標準 50×32	300	20×38×27	10		
	〃 KP-500				200 〃	12 種の他 2 次元コード 2 種	〃	500	25×38×27	11		
〃	バーコードラベラー VL-150				4 秒/本	6 種	〃	300	22.4×35.1×29.5	15		
	ラベルプリンター ip-100				6 インチ/秒	8 種 2 次元コード 4 種	幅：25～115	150	19.8×23×18.1	3		
サトー	ET/ER 400-410				ET400/ER400 2, 3, 4, 5, 6 インチ/秒 ET410/ER410 2, 3, 4 インチ/秒	UPC-A/E, EAN, JPN, Code39, Code93, Code128NW-7, カスタマバーコード, QR, ITF(I2), ベリーコード, Mixコード	幅 25～115 長さ 15～397	380 (最大)	19.8×23×1.8	約3.0		
	Barlabe300				最大 100 mm/秒	JAN 8/13, NW-7, CODE39, ITF, CODE128	幅 25.4～85 長さ 16～203.2	150 (最大)	21×23.3×18.8	約3.5		
〃	DR 310				100, 125, 150mm 指定可能	JAN, UPC/EANNW-7, Code 39, 128 他, 2 次元コード (PDF417, ベリコード QR コード)	幅 32～80 長さ 19～181	130	21.0×39.2×18.8	8	49	
	MR 410				150mm/秒 (最大)	JAN, CPC/EAN, NW-7, ITF 他 2 次元コード (PDF-417, QR コード他)	幅 22～118 長さ 6～356	190	35.2×42.9×29.8	19	48	
〃	CB-420				100mm/秒	JAN (CPC/EAN) NW-7, ITF Code 39, 93 他	幅 50.8～101.6 長さ 38.1～251	220	58×39×40	24	168	
シスメックス	バーコードラベラー BL-100						60×30	250	23×49.8×27.2	16		
テクノメディカ	採血管準備システム BC・ROBO-585	2～20	最大 20	30	360 人分/時間	CODE128, CODE39 NW-7, 他	30×50 30×60 特注サイズ可	100/6	90×98×119 (2 ユニット式)	240 (2ユニット式)	950～	国内シェア 80% 豊富なオプション有り ホストコンピュータシステムがない施設でも稼動可能
	採血管準備装置 BC・ROBO-580	4	4	20	200 人分/時間	〃	〃	100/5	50×76×119	130	680	
野崎印刷紙業	フルカラーカードプリンター NCP-200											
	バーコードプリンター SA-70											
〃	ラベリングマシーン AH-150											
	〃 AH-70											
メルシャンクリンテック	DC 2 プリンタ MR410		1.8ml			2 次元データコード	13.7mm	190	22.0×30.0×10.0	4	60	
山久化成	採血管ラベル貼り機 AutSuratt SP		直径＝12～16 長さ＝75～110	専用ラック (5 本立て)	1000 本/時	NW7 他	50×35	500	56×66×35	60		卓上型
	小検体容器ラベル貼り機 AutSuratt DC		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃

51. 分注装置（Dispenser）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力 (検体/h)	バーコード種	分注量 (μl)	チャンネル数	消費電力 V/A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アロカ	ランダムアクセスワークステーション APS-790				条件により異なる		10～1000, 仕様により異なる		1.5K	約 172×105×171 (本体のみ)	約500 (本体のみ)	2,500	ラックバーコード対応
	〃 APS-720S II				650, 条件により異なる		〃		1K	約 170×102×170 (本体のみ)	約400 (本体のみ)	1,900	〃
〃	4 ノズル自動分注装置 plato 30000 シリーズ				1000, 〃		5～1000 〃		350	約 90×71×60	40	850～1,250	ノズル洗浄方式
	検体前処理分注装置 APS-30000-SP				180, 〃		10～3300 〃		1.5K	約 107×101×174 (本体のみ)	約350 (本体のみ)	1,700	子検体バーコード貼付機能付

コスモテック	MBStation HuHi96	1～30				12			600	62.7×55.6×39.9	40		DNA 増幅装置
	HTStation 500	0.5～300				96/384			150	50×61.8×60	〃		チップ自動交換方式
〃	〃 1000	〃				〃			〃	98.3×40×63.8	70		スタッカー付，チップニードル式
	〃 1200	〃				〃			〃	100×60×63.8	85		
〃	BISTEQUE 106	1～1100				1			300	34.6×55.6×61.8	40		ニードル式
	〃 203	5～210				12			100	62.5×38.5×45.7	30		チップ式
〃	〃 105	10～400				1			150	56×61×53.5	40		チップ式，オートサンプラー
	〃 201	5～210				12			30	30×53×57	30		チップ式
〃	〃 701	〃				〃			150	78×69×58	80		スタッカー付，チップ式
ダイアヤトロン	電動分注システム 5222						0.5～50,000	1又は8				28	ドイツ・エッペンドルフ社製
大扇産業	自動分注装置 LTA-III				250		50～2,000	1	1.5K	129×100×132	350		
テカンジャパン	ミニサンプルプロセッサー MINIPREP75	200		自在	150		3～	4～8	250	82×60×51	46	790～800	
東洋紡エンジニアリング	プレートメート				240		5～250		100	123.5×41.5×50	46	1,200	96本同時処理
	ガーディアン 2000				1,200		5～3,000		1.1K	136.5×84×78	185	1,000	情報分注可
ニチリョー	ニチメイトステッパー						1～5,000	1				3.3	
	マイティーペッター						10μl～25ml	〃	50	13×29.6×17	5	25～35	低価格簡易分注器
バイオテック	マルチディスペンサー EDR-384			マイクロプレート40枚	マイクロプレート1枚約13秒		0.5～300	96,384			60	600～	96CH,384CH 対応 PC ソフト
	マルチディスペンサー EDR-96S				マイクロプレート1枚約5秒		〃				30	280～	〃
〃	DNA 分注装置 MODEL-500						1～20	1,8		78×52×57		650～	分注確認センサー
プレシジョン・システム・サイエンス	RX-500	400	自在	50穴ラック	350	オプショナル	10～500 50～1000		100/4	95×73×140	25 (ロボット)	590	ダブルシリンジ内蔵スカラー型ロボット
	SX-II	100	〃	自在レイアウト	250		10～1000		100/3	58×58×45	25	350	小型標準分注機

52. 遠心分離器（Centrifugal Apparatus）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	回転数 r.p.m.	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー 希望価格 万円	特長・備考
久保田商事	自動ハンドリング遠心機 モデル 4900						200/300	140×110×161	670	未定	質量測定とバランス配置を自動計算する全自動遠心機
	ハイキャンバシティ冷却遠心機 モデル 8850						100/30	59×66×92	150	130	大型チューブラック方式の多本架遠心機
〃	インバータ・多本架冷却遠心機 モデル 8900						100/20				
	〃 ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル 5900						100/15	48×62×93	110	73	静かなブラシレスモータをインバータ駆動
〃	〃 ・テーブルトップ遠心機 モデル 5400						〃	45×54×34	44	38.5	〃
	テーブルトップ遠心機 モデル 5200						100/10	44×52×35	〃	23	エコノミータイプの卓上遠心機がディジタル表示になりました
〃	卓上型遠心機 モデル 2100						100/5	35×42×29	20	17.5	スイングロータが使える小型卓上型の遠心機
	インバータ・マイクロ冷却遠心機 モデル 1920						〃	37×43×84	71	79	ハイトルクのブラシレスモータを使用し，急加速・急減速が可能
〃	マイクロミニ冷却遠心機 モデル 3615						〃	31×51×26	35	63	遺伝子検査用マイクロチューブ専用の小型冷却遠心機
	マイクロ・マルチ遠心機 モデル 3600						100/6	33×43×30	13	37.5	高速アングルロータと迅速スイングロータが使用可能
シスメックス	冷却遠心機 SRC-500	80		シスメックス製ラック		5000	100/30	59×66×92	15		
ダイアヤトロン	遠心機 5410	12				14,000	100	21.5×29×22	7.5	17.4	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 5804	16～30				〃	950	47×55×34	55	49	〃
〃	〃 5417	12 又は 30				500～14,000	490	32.6×36.9×22.7	17	24.8	〃
	冷却遠心機 5804R	16～30				14,000	1.35K	63×50×34	80	84	〃
〃	〃 5417R	12 又は 30				500～14,000	600	32.6×59.7×22.7	34	62	〃
	遠心機 5415 D	24 又は 36				13,200	180	23×31×23	8.5	25.6	〃

53. その他（Miscellaneus）

会社名	商品名 型式名	採血管種	処理能力 (検体/h)	バーコード 種	ラベル サイズ	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー 希望価格 万円	特長・備考
セファテクノロジー	血清量自動測定装置 SS-2000	16 φ× 75 16 φ×100 13 φ× 75 13 φ×100	520 本/時	NW-7 3 of 9 他対応可	50×26 (mm)	1.5K	70×45×72	80	980～	検体搬送形態により別途打合せにて見積相談
										検体受付システムとの組合せ良好

その他の臨床検査機器

54. マイクロピペット（Micropipette）

会社名	商品名 型式名	分注容量	方式	精度	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	固定・可変	%	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アズウェル	フィンピペットデジタルN		可変					2.8～4.0	
	〃 固定型		固定					2.1～3.5	
関東化学	ディスペンセッテIII	50～100 ml	可変	±1					BRAND社製
			固定	±0.5					〃
〃	トランスファーペッテ	0.5～5,000	可変						〃
		5～2,000	固定						〃
〃	マルチチャネル・トランスファーペッテ	0.5～300	可変						〃 (8及び12チャネルピペット)
三光純薬	エクセルオートピペット各種	0.1～5,000	可変	0.2				6.9～14.5	
セントラル科学貿易	自動ピペット DIGIFLEX	2～2,000		±1%	150	17×26×40	12	165～	アベルケンダール前処理に最適
ダイアヤトロン	エッペンドルフピペットリサーチ 3110	0.1～5,000	可変					2.8～3.3	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 リファレンス 4910	0.1～2,500	〃					3.1～3.4	〃
〃	〃 タイターマン 4908	0.5～10, 5～50 30～300	〃					8.4～9.4	〃 (8及び12チャンネルピペット)
	〃 連続分注ピペット 4980	1～10,000	〃					4.1	〃
ニチリョー	オートクレーバブル Nichipet EX	0.1～10,000	可変					2.5～3.5	オートクレーブ，UV照射可能
	オートクレーバブル Nichipet 7000	0.5～300	〃					7.5～9.8	8，12チャンネルピペット

55. 希釈装置（Diluter）

会社名	商品名 型式名	チャンネル数	希釈方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
三光純薬	ピペットステーション SGR-300	12	ピペット	150	80×60×65	92	480	分注・希釈の連続処理
	〃 SGR-230	〃	〃	75	59×40×51	40	180	分注・希釈
ニチリョー	マイリューターIII	1	ノズル式 チップ式	150	17.5×24×35	7.5	48	コンパクト設計
	NSP-7000 II	8 or 12	チップ式	〃	72×55×44	37	220	液面感知センサ付き

バイオテック	ハルクスオート	8,10,12	チップ式	700	88×68×65	100	750～	連続処理型,オートサンプリング
	〃 -1	8,10	〃	80	42×33×32	25	168	分注も可能
プレシジョン・システム・サイエンス	MPD-II a		チップ	100/3	52×48×40	30	180	感作血球攪拌機能付き
	AGS-30		シリンジ	100/5	110×60×150	100		96穴マイクロプレート25枚装塡可能

56. 洗浄器（Washer）

会社名	商品名 型式名	分注容量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体/h	V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
三光純薬	マイウォッシャーオートII	100～300		200	48×42×34	21	250	マイクロプレート洗浄
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	ノバパス1575マイクロプレートウォッシャー	0～10μl毎に制御	プログラムによる	100	33×53×20	9.6	88	クロスワイズ機能搭載
バイオテック	オートミニウォッシャーAMW-2	0～1,000	1,000	30	27×45×15	8	75	マイクロプレート8,12
	〃 AMW-24	〃	2,500	〃	〃	〃	87	〃 16,24
〃	セラウォッシャーMW-96R	0～2,000	3,000	80	30×40×18	14	125	
	〃 AMW-96F	〃	〃	〃	25×45×18	11	78	低価格タイプ
〃	オートセラウォッシャーAMW-96S	〃	5,000	85	53×39×20	30	260	全自動型
	〃 AMW-384	50～500	〃	100	55×55×40	35	375	
〃	ビーズウォッシャーBW-20A	0～10,000	2,000	70	20×30×30	10	87.5	ビーズ洗浄用
	〃 BW-25A	〃	〃	〃	〃	11	92.5	〃
〃	チューブウォッシャーTW-50N	500～10,000	3,000	600	30×37×44	20	150	ビーズ・チューブ洗浄用
プレシジョン・システム・サイエンス	BW-50	0.5～500 ml	5,000	100/10	34×50×48.5	35	160	ビーズウォッシャー
	TW-50	〃	〃	〃	〃	〃	150	チューブウォッシャー

57. 振盪装置（Shaker）

会社名	商品名 型式名	同時セット数	しんとう回数	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体数	回/数	V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
三光純薬	マイクロミキサーMX-5	4枚	可変	30	28×21.5×11	5	7.8	

プレシジョン・システム・サイエンス	MS-200	200	10～200	15	30×30×13	7	20	
	LS-400	400	〃	25	56×52.5×34	18	70	

58. 純水自動製造装置（Instrument for Deionaizer）

会社名	商品名 型式名	採取容量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		l/h	V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
オルガノ	ピュアライト PRO-60	60	840	40×50×130	130	110	オプションの品揃え
	Gシリーズ	30～4,000	5	H 53～188	5～390	3.5～100	蛇口に接続可能
東洋紡エンジニアリング	S-TRO シリーズ	20～150	100/3	W 35～50	45～130	48～198	各種分析装置・洗浄装置に接続可能
日本ミリポア	Elix3, 5, 10	3～10	100/0.8	26×36×46	16	49.8～110.3	
	Milli-RX45/75	35/60	115/5	53×49×58	49	198/248	

59. 恒温槽（Incubater）

会社名	商品名 型式名	温度精度	調整の方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		℃		V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
バイオテック	プレートインキュベーター HBI-24	±0.75	デジタル	700	51×50.5×37.5	30	135	マイクロプレート24枚セット可能

60. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
第一器業	CO_2レーザマーカ ML-9100	スライドガラス上のインクを吹きとばすことによってバーコードを作製．消えない染色されないバーコードをハイスピードで作製できます．	450	70×20×20	15	450	メンテナンスフリーレーザー
	「CRYSTAL 1」バーコード・レーザープリンティングシステム	連番コードの高速印字	〃	45×20×44	20	300	ガラス供給装置
〃	「CRYSTAL 1」バーコード・レーザープリンティングシステム	自動仕分け，印字，移し変えを1台でこなすXYロボット＋レーザー印字はデータベースアクセス後自動印字をします．検索機能もプラスされました．	〃	68×60×30	〃	350	ガラス仕分装置
			〃	70×20×20	15	450	メンテナンスフリーレーザー
〃				10×23×3	0.5	40	専用ソフト付ハンディーターミナル
大扇産業	自動検体シーラー ATS-100	分注済みの検体や子検体の保管(蒸発防止，転倒対策等)の為に特殊ラミネートテープを用いて，ラック毎に自動でシーリングする装置でシール後，1本毎にカットする機能を付加できます．	100/10	50×100×70.5	70		

テクノメディカ	PIS 患者認識システム	PIS は「患者さんの取り違い」による医療過誤の防止を主眼とした患者認識システムです。バーコード化された患者特定情報を PIS 携帯端末を利用して患者とオーダー内容を処置前に照合確認することで，確実かつ正確な医療業務の遂行を支援します。患者基本情報表示をはじめ，投薬確認，輸血確認，手術予定確認，検査予定確認，投薬材料準備確認など病院内のあらゆる部署での確認作業と記録が可能です。					各施設に合わせたシステム構築が可能です。
ニップンテクノクラスタ	イムノクロマト法によるテストストリップ研究/開発・製造システム	急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究/開発から製造ラインまで，個々のモジュールを組合せることにより，トータルシステムとして供給できる専門メーカーです。					米国・BioDot 社製
日本ミリポア	Hi-Flow メンブレン	ミリポア Hi-Flow メンブレンは，サンプルがフィルター上を移動することにより，アッセイを行わせる診断薬キット用に開発された新しいメンブレンフィルターです。					
	Hi-Flow 用グラスファイバー Conjugate-Pad	サンプルと検出試薬の確実な結合を可能にさせる Hi-Flow メンブレン専用 PVA バインダーグラスファイバーフィルターです。					
〃	アイペクス	γ(ガンマ)線滅菌に対応できる医療用具向け，OEM 製品としての輸液フィルターです。					
	医療用マイレクス	各種医療用具に対応できる OEM 製品としての小型ディスポーザブルフィルターです。					
〃	医療用用具メンブレンフィルター	様々な医療用具アプリケーションに対応できる OEM 製品としての超疎水性メンブレン及び親水・疎水両用メンブレン等です。					
ワットマンジャパン	ピュラバインド PuraBind™	界面活性剤やその他の添加物が含まれていないピュアな純ニトロセルロースメンブレン					
	イムノポア Immunopore	あらかじめブロッキング処理がしてあるのでそのままの状態で安定した保存が可能なニトロセルロースメンブン					
〃	F075 シリーズ	リリースの量と速度を自在に調整でき，至適条件作りが可能なコンジュゲートパッド					
	Rapid Q	コーティング処理済みの使い易いコンジュゲートパッド					
〃	血球分離フィルター	分離モード別フィルター					
	サンプル採取保存紙	一定量の血液等のサンプルを採取保存					
〃	吸水紙	コットンセルロース性の均一なフィルターです．目的に合った吸水量・速度の素材を選べます。					
	医療デバイス用フィルター	医療デバイスに組み込む空気抜き用フィルター					
〃	サイクロポア	薬剤のスローリリースやバイオセンサー用メンブレン					
	アノポア	ハニカム構造のセラミックフィルター					

試薬

生化学（1）

会社名 / 項目名	アズウェル	アボット東芝ダイアグノスティックス	エイアンドティー	栄研化学	エム・シー・メディカル	小野薬品工業	カイノス	関東化学	協和メデックス	国際試薬
AST(ALT)	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠	Rate Assay (JSCC)	UV・レート法	JSCC 標準化対応法（液状）	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法，他 1		JSCC 標準化対応法，他 2
ALP	〃	〃	P-ニトロフェニルリン酸基質法	〃	P-ニトロフェニルリン酸基質法		〃 ，他 1	〃 ，他 1	P-ニトロフェニルリン酸基質法，液状試薬，他1	〃， 〃
ACP								Kind-King 法		α-ナフチルリン酸法
ALD	UV・酵素法									
AMY	GAL-G5-4NP 法	合成基質法	Gal-G5-PNP 法	Gal-G5-PNP 基質法	ガラクトース G 4-CNP 法	Gal-G4-CNP(液状) 3 KB-G5-CNP	G3-CNP 法	G3-CNP 法，他 2	GalG5-PNP 法液試薬，他 1	Gal-G5-PNP 法，他 2
GUN						グアニン基質法			キサンチンオキシダーゼ法	
γ-GTP	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法		Rate Assay (JSCC)	γ-GPNA 基質法		JSCC 標準化対応法，他 1	JSCC 標準化対応法，他 1	IFCC 準拠液状試薬，他 1	JSCC 標準化対応法，
CK	〃	〃		JSCC 標準化対応法	クレアチンリン酸基質法		〃	〃 ，他 1	JSCC 準拠液状試薬	〃 ，他 1
CHE	ヨウ化ブチリルチオコリン法	合成基質法		Garry 変法	酵素法	p-HBC 基質法（液状）	p-HBC 基質法	ベンゾイルチオコリン基質法，他 1	P-ヒドロキシベンゾイルコリン法 液状試薬，他2	DMBT 法，他 2
LDH	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	ピルビン酸基質法	JSCC 標準化対応法	UV・レート法	L→P 法	JSCC 標準化対応法，他 1	JSCC 標準化対応法，他 1		JSCC 標準化対応法，他 1
PK									酵素法	
MAO									アリルアミン基質法	
LCAT	酵素法									
LAP		合成基質法		L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法	L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法				LSPA 基質法	PNP 法，他 2
ALP アイソザイム	インドキシル・NTB 法									
AMY アイソザイム	免疫阻害法					抗体法（液状）				阻害抗体法，他 1
CK アイソザイム	〃							免疫阻害法		〃 ，〃
LDH アイソザイム	ジアホラーゼ・NTB 法									プロテアーゼ阻害法
TP	ビウレット法	Biuret 法		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法
Alb	BCG 法	BCG 法/BCP 法		BCG 法	BCG 法	BCP 法	BCG 法	BCG 法		BCG 法
UN	酵素法	ウレアーゼ・GLDH 法		ウレアーゼ・GLDH 法	酵素法	LED・UV 法（液状）	ウレアーゼ・ICDH 法，他 2	ウレアーゼ・LEDH 法，他 1	ウレアーゼ・LEUDH・NADH 法液状試薬，他2	Urease-GL-DH 法，他 1
UA	〃	ウリカーゼ・POD 法	酵素法	ウリカーゼ・TOOS 法	〃	酵素法（液状）	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法液状試薬，他 1	ウリカラーゼ・ペルオキシダーゼ法
CRE	〃	酵素法	〃	酵素法	〃	〃	CRN-CR-SOX-POD 法	酵素法，他 1	ザルコシンオキシダーゼ法液状試薬，他2	酵素法，他 1
NH_3		〃							GLDH・UV 法	
T-Bil	酵素法	亜硝酸酸化法		安定化ジアジニウム塩法	ジアゾ法					酵素法，他 1
TG	〃	酵素法		遊離グリセロール消去法	酵素法	FG 消去酵素法(液状)	遊離グリセロール消去酵素法，他 1	遊離グリセロール消去法	LPL・GK・GPO・POD 法液状試薬，他 2	FG 消去酵素法
PL	〃	〃		酵素法		酵素法（液状）	PLD-COD-POD 法	酵素法	PLD・CLOD-POD 法液状試薬，他 1	PLD-POD 法

NEFA	〃			〃			ACS-ACOD-POD法	〃	ACS-ACO-POD法	ACS-ACOP-SLEP法
T-CHO	〃	酵素法	酵素法	コレステロールオキシダーゼ法	酵素法	酵素法（液状）	CE-CO-POD法	〃	CHER・CHOD・POD法液状試薬，他1	CDH-UV法，他1
HDL-CHO	ヘパリン・Ca法	直接法		選択阻害法			直接法		直接法，他1	反応阻害法，他1
胆汁酸及び分画							酵素サイクリング法			3α-HSDテトラ法
Glu		HK-G-6-PDH法	GOD固定化酵素膜電極法	ヘキソキナーゼG6PD法	HK-G-6-PDH法		HK法，他1	Gluc-DH法	グリコキナーゼ・Glu-6-PDH・NADP法（液状）	GUL-GLK法，他3
1,5 AG							酵素法（PROD-POD法）			
HbA_{1c}									ラテックス凝集法	
シアル酸	UV・酵素法				酵素法	酵素法	酵素法（カラーエンド法）		比色法	UV法
乳酸									〃	
ピルビン酸									〃	
Na		イオン選択電極法	イオン選択電極法							電極法
K		〃	〃							〃
Cl		〃	〃					酵素法		〃
Ca	OCPC法	OCPC法		OCPC法	OCPC法	酵素法（液状）	OCPC法	OCPC法		OCPC法
Mg	マグノレッド法	酵素法				酵素法	ICDH法	キシリジルブルー法	GK-GGPDH・UV法	酵素法
IP	モリブデン酸直接法	〃		SP-UV法	酵素法	〃（液状）	PNPL-XDH法	リンモリブデン酸-UV法	PNP・XOD・POD法（液状）	〃
Fe		ニトロソ-PSAP法		Nitroso-PSAP法			ニトロソ-PSAP法	Nitroso-PSAP法，他1	ニトロソPSAP法（液状）	フェレン法，他1
TIBC				〃						
UIBC		ニトロソ-PSAP法		〃			ニトロソ-PSAP法	Nitroso-PSAP法，他1	ニトロソPSAP法（液状）	フェレン法
NAG		合成基質法		MPT-NAG基質法					酵素法	
17-KS								神戸川変法		
17-OHCS								フェニルヒドラジン比色法		
尿中微量アルブミン		TIA法		免疫比濁法			免疫比濁法	免疫比濁法		免疫比濁法
総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比（BTP）						酵素法				
LDL-CHO		直接法		直接法					直接法	

生化学（2）

会社名 / 項目名	三光純薬	常光	ダイアヤトロン	第一化学薬品	ダコ・ジャパン	デイドベーリング	デンカ生研	東ソー	ニットーボーメディカル	ニプロ
AST（ALT）	JSCC標準化対応法		UV・レート法，他2	JSCC勧告法準拠		IFCC法準拠	JSCC標準化対応試薬		JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法

ALP	P-ニトロフェニルリン酸基質法		p-ニトロフェニルリン酸基質法，他1	〃		Boners-Mccomb法	〃		〃	Kind-King改良法
ACP			Kind-King法			TMP基質法			DCAP-P基質法	
ADA							UV-Rate法		UV-Rate法	キサンチンオキシダーゼ酵素法
ALD				酵素法						
AMY	IPG7F法		B-G5-β-CNP法，他3	6-N3G5 CNP基質法		G3CNP法	Et-G7pNP法		ガラクトシル-G5-PNP法	Gal-G4-CNP法
γ-GTP	JSCC標準化対応法		γ-グルタミル-p-ニトロアニリド，他1	γ-グルタミル CNA基質法		IFCC法準拠	IFCC標準化対応試薬		JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法
CK	〃		UV・レート法，他2	JSCC勧告法準拠		Oliver-Rosalki変法	JSCC標準化対応試薬		〃	クレアチンリン酸-UV法
CHE	DHBC-UV法		BTC-DTNB法，他3	3,4-ジヒドロキシベンゾイルコリン基質法		チオコリン法	DTNB法		3,4-ジヒトロキシベンゾイルコリン基質法	ベンゾイルコリン基質法
LDH	GSCC準拠試薬(P→L)		UV-レート法，他1	JSCC勧告法準拠		wacker変法	JSCC標準化対応試薬		JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法
LCAT				真鍋・板倉法						
LAP				L-ロイシル CPA基質法						
ALPアイソザイム		電気泳動による分画								
AMYアイソザイム				酵素法						
CKアイソザイム		電気泳動による分画	免疫阻害法		EIA法 CK-MB	免疫阻害法(CKMB)		EIA法 CK-MB	免疫阻害法 CK-MB	
CKアイソホーム			〃							
LDHアイソザイム		電気泳動による分画								
TP	ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法	Biuret法			ビウレット法
Alb	BCG法		BCG法	BCG法		BCP法	BCG法			BCG法
UN	ウレアーゼ・GLDH法，他1		ウレアーゼ・UV法，他1	UV・レート法		ウレアーゼ・GLDH法	Urease-GLDHアンモニア消去法		ウレアーゼ・GLDH法	ウレアLeuDH法(ダブルカイネティック法)
UA	ウリカラーゼ・ペルオキシダーゼ法		酵素法	酵素法		ウレアーゼ・UV法	酵素法		ウリカーゼ・POD法	ウリカーゼ POD法
CRE	酵素法，他1		〃	〃		ヤツフェ・レート法	〃		酵素法	酵素法
NH_3						GLDH・UV法			UV法	
T-Bil	安定化ジアゾニウム塩法		酵素法	アゾビリルビン法		Jendrassik法	Jendrassik法		亜硝酸酸化法	安定化ジアゾニウム法
TG	FG消去酵素法		GPO酵素法	酵素法		酵素法	酵素法		酵素法(フリーグリセロール消去法)	LPL-GK-GPO-POD酵素法
PL	酵素法		酵素法	〃			〃			フォスフォリパーゼD酵素法
NEFA			酵素・UV法	〃						
T-CHO	コレステロールオキシダーゼ法		酵素法	〃		酵素法	酵素法		酵素法(POD法)	COE-COD-POD法
HDL-CHO	デキストラン硫酸Mg法			直接法		間接法	直接法			
胆汁酸及び分画			酵素比色法	酵素サイクリング法						
Glu	ヘキソキナーゼ・UV法，他1		GlcK(UV・エンドポイント法)	ヘキソキナーゼ法		HK法	HK-G6PDH法			グルコースデヒドロゲナーゼ法

1,5 AG								フローインジェクション法		
HbA_{1c}				ラテックス凝集法			ラテックス免疫凝集法	HPLC 法		
シアル酸										酵素 UV 法
Na										
K										
Cl										
Ca	OCPC 法		OCPC 法	OCPC 法		OCPC 法	OCPC 法			
Mg			GlcK・G-6-PDH 法	キシリジルブルー法		メチルチモールブルー法	酵素法		酵素法	
IP	SP-UV 法		酵素法	フィスケ・サバロー変法		モリブデン酸・UV 法	〃		〃	酵素法
Fe			NPS 法	フェロジン発色法		Ferene 法			ニトロソ-PSAP 法	
TIBC						〃				
UIBC			NPS 法	フェロジン発色法					ニトロソ-PSAP 法	
NAG	MPT-NAG 基質法								MPT-NAG 基質法	FNP レート法
hCG			ラテックス免疫比濁法，他 2		免疫比濁用，EIA 用原料	蛍光免疫測定法		EIA 法		
尿中微量アルブミン	免疫比濁法		免疫比濁法，他 1		〃	NIA 法	免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁法
LDL-CHO				酵素的測定法						
尿中マイクロトランスフェリン									免疫比濁法（LA 法）	

生化学（3）

会社名 / 項目名	バイエルメディカル	山之内製薬	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業						
AST（ALT）	IFCC 準拠法		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応，他 1						
ALP	〃		〃	〃，他 2						
ACP			1 ナフチルリン酸法	CNP 基質法						
ALD			UV・酵素法	UV レート法						
AMY	B 3-CNP 法		IFCC 準拠法	BG 5 P 基質法						
γ-GTP	4-ニトロアニリド基質法		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応，他 2						
CK	IFCC 準拠法		〃	〃，他 1						
CHE	ベンゾイルコリン基質法		ベンゾイルコリン基質法	5メチル2ラノイルーチオコリン基質法，他1						
LDH	L→P UV 法		JSCC 標準化対応法/SFBC 勧告法	JSCC 標準化対応，他 1						

ALPアイソザイム										
AMYアイソザイム			免疫阻害法 P-AMY	免疫阻害法 P-AMY						
CKアイソザイム			〃 CK-MB	〃 CK-MB						
TP	ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法						
Alb	BCG法		BCG法	BCG法						
UN	GLDH法		酵素法	ウレアーゼ・GIDH法						
UA	ウリカーゼ POD法		〃	ウレカーゼ・POD法						
CRE	Jaffe法		〃 /Jaffe法	酵素法，他1						
NH_3			GLDH法							
T-Bil	ジアゾ法		ジアゾ法	バナジン酸法，他1						
TG	酵素比色法		酵素法	酵素法						
PL	酵素法		〃	〃						
NEFA			〃	〃						
T-CHO	酵素法		〃	〃						
HDL-CHO	デキストラ硫酸Mg		選択阻害法	免疫阻害法						
胆汁酸及び分画				酵素法						
Glu	ヘキソキナーゼ法		酵素法（HK/G6P-DH法）	ヘキソキソーゼ・UV法，他1						
フルクトサミン			NBT法	酵素法						
HbA_{1c}			ラテックス免疫法，他1							
シアル酸				酵素法						
Na	電極法		電極法							
K	〃		〃							
Cl	〃 ，他1		〃							
Ca	OCPC法		OCPC法	MXB法，他1						
Mg	キシリジルブルー法		キシリジルブルー法	酵素法，他1						
IP	モリブデン酸UV法		モリブデン酸UV法	〃 ，他1						
Fe	直接比色法		フェロジン法，他1	バソフェナントロリン法						
UIBC			〃	〃						
NAG			合成基質法	4HP-NAG基質法						
hCG			EIA，電気化学発光法							

尿中微量アルブミン	免疫比濁法	GLORIA（金標識目視免疫測定法）	免疫比濁法	免疫比濁法						

免疫血清（1）

会社名 / 項目名	アズウェル	アボット東芝ダイアグノスティックス	医学生物学研究所	エイアンドティー	栄研化学	エム・シー・メディカル	大塚製薬	オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	小野薬品工業	カイノス
CRP	免疫比濁法	LIA 法	ラテックス免疫比濁法	LIA 法	LIA 法	免疫比濁法				ラテックス凝集比濁法，他1
ASO		TIA 法		〃	〃	〃				〃
RF		〃		〃	〃	〃				〃
IgG		TIA 法	免疫比濁法	〃	〃	〃				免疫比濁法
IgA		〃	〃	〃	〃	〃				〃
IgM		〃	〃	〃	〃	〃				〃
IgE		LIA 法		〃	〃					EIA 法
C_3・C_4		TIA 法	免疫比濁法	〃	〃	免疫比濁法				免疫比濁法
β-Lipo	ヘパリン-Ca 法				TIA 法					〃
LP（a）				LIA 法	免疫比濁法					
Apo A-I		TIA 法			〃					免疫比濁法
Apo A-II		〃			〃					〃
Apo B		〃			〃					〃
Apo C-II		〃			〃					〃
Apo C-III		〃			〃					〃
Apo E		〃			〃					〃
AFP				LIA 法	LIA 法			CLEIA 法	EIA 法	EIA 法
CEA					〃			〃		〃
NSE					RIA 法					
フェリチン		LIA 法		LIA 法	LIA 法			CLEIA 法		EIA 法
エラスターゼ1					〃					
β_2M				LIA 法	〃					EIA 法
PAP					EIA 法					
PA					〃					EIA 法
CA 19-9					〃			CLEIA 法	EIA 法	〃
CA 125					〃					
梅毒反応				LIA 法						LA 法

クラミジア (Ab・Ag)										ELISA 法
HBs (Ag・Ab)	ELISA 法				CLEIA 法			CLEIA 法		EIA 法
HC (Ab)	〃							〃		
HIV (Ab)	〃							〃		
インスリン					RIA 法					EIA 法
GH										化学発光酵素免疫法
T_3・T_4					RIA 法			CLEIA 法		EIA 法
FT_3・FT_4					〃			〃		〃
コルチゾール					〃					〃
TSH					〃			CLEIA 法		〃
LH	EIA 法				〃			〃		〃
プロラクチン	〃							〃		〃
FSH	〃				RIA 法			〃		〃
HCG	〃				LIA 法			〃		〃
HPL					〃			〃		
E_2	EIA 法							〃		
糞便ヘモグロビン（便潜血）	金コロイド比色法				LIA 法					免疫発色法
H. Pylori	ELIA 法				ELISA 法		イムノクロマト法, ELISA 法, 他1			
抗核抗体			ELISA 法							

免疫血清（2）

会社名 / 項目名	関東化学	協和メデックス	国際試薬	三光純薬	シスメックス	住友製薬	常　光	第一化学薬品	ダイアヤトロン	ダイナボット
CRP	免疫比濁法, 他1	ラテックス凝集積分球濁度法	ラテックス凝集法, 他2	TIA 法		免疫比濁法		ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法, 他1	FPIA 法
ASO		〃	〃						〃	
RF	免疫比濁法	〃	〃, 他4						〃	
IgG	〃	〃	免疫比濁法					免疫比濁法	免疫比濁法	
IgA	〃	〃	〃					〃	〃	
IgM	〃	〃	〃					〃	〃	
IgE		〃, 他1			PAMIA 法				ラテックス免疫比濁法, 他1	MEIA 法

C_3・C_4		〃	免疫比濁法					免疫比濁法	免疫比濁法	
β-Lipo			〃					ヘパリン比濁法	〃	
LP (a)			〃				等電点電気泳動アイソホーム法	免疫比濁法	〃	
Apo A-I			〃					〃	〃	
Apo A-II			〃					〃	〃	
Apo B			〃					〃	〃	
Apo C-II								〃	〃	
Apo C-III								〃	〃	
Apo E			免疫比濁法				等電点電気泳動アイソホーム法	〃	〃	
IAP				TIA 法						
AFP		化学発光イムノアッセイ法，他1	EIA 法	ECLIA 法，他1	PAMIA 法				ラテックス免疫比濁法，他1	MEIA 法，CLIA 法
CEA		〃	〃	〃	〃				〃	〃，〃
フェリチン		化学発光イムノアッセイ法	EIA 法 RPHA 法		PAMIA 法				ラテックス免疫比濁法，他1	MEIA 法
エラスターゼ1										RIA 法
β_2M		ラテックス凝集積分球濁度法			PAMIA 法	ラテックス免疫比濁法			ラテックス免疫比濁法，他2	MEIA 法
PIVKA-II				ECLIA 法，他1						
PAP			EIA 法						IRMA 法 CLEIA 法	MEIA 法
PA			〃						ラテックス免疫比濁法，他1	〃
CA 19-9					PAMIA 法				〃	〃 CLIA 法，
CA 125					〃				CLEIA 法	MEIA 法
CA 15-3									〃	〃
梅毒反応			EIA 法 RPHA 法	PA 法，他1	PAMIA 法				ラテックス免疫比濁法	イムノクロマト法
クラミジア (Ab・Ag)	イムノクロマト法	ELISA 法	直接蛍光抗体法						EIA 法	LCR 法，MEIA 法
HA (AD)	〃									MEIA 法
HBs (Ag・Ab)		ラテックス凝集積分球濁度法	EIA 法，(R)PHA 法	イムノクロマト法，他1	PAMIA 法				ラテックス免疫比濁法，他1	〃
HBe (Ag・Ab)			EIA 法							〃
HBc (Ab)					PAMIA 法					〃
HC (Ab)			EIA 法		〃				ラテックス免疫比濁法	〃
HIV (Ab)										〃，イムノクロマト法
ATL		ELISA 法		ECLIA 法，他1						

インスリン			EIA 法		PAMIA 法				ラテックス免疫比濁法, 他 1	MEIA 法
GH									CLEIA 法	
T_3・T_4		化学発光イムノアッセイ法							〃	MEIA 法, CLIA 法
FT_3・FT_4			EIA 法						FIA 法, 他 1	〃 〃
コルチゾール									CLEIA 法	
TSH		化学発光イムノアッセイ法	EIA 法						FIA 法, 他 1	MEIA 法, CLIA 法
LH	イムノクロマト法	〃					ワンステップ・イムノクロマト法		CLEIA 法	〃 〃
プロラクチン		〃							〃	〃 〃
FSH		〃							〃	〃 〃
カルシトニン										
HCG	イムノクロマト法	化学発光イムノアッセイ法					クンステップ・イムノクロマト法		ラテックス免疫比濁法, 他 1	
HPL									〃	
E_2		化学発光イムノアッセイ法							CLEIA 法	MEIA 法
E_3		〃							ラテックス免疫比濁法	FPIA 法
糞便ヘモグロビン（便潜血）	イムノクロマト法	ラテックス凝集法	金コロイド免疫クロマト法				ワンステップ・イムノクロマト法	ラテックス凝集法	〃	イムノクロマト法
H.Pylori		ELISA 法	EIA 法 ウレアーゼ法							
ミオグロビン	ラテックス凝集法									

免疫血清（3）

会社名 / 項目名	ダコ・ジャパン	デイドベーリング	デンカ生研	東ソー	日水製薬	ニットーボーメディカル	ニプロ	日本ビオメリュー	日本メジフィジックス	バイエルメディカル
CRP	免疫比濁用, EIA 用原料	NIA 法, TIA 法	ラテックス凝集法		免疫比濁法	免疫比濁法（TIA 法, LA 法）	免疫比濁法			免疫比濁法
ASO		〃	〃		〃	〃				
RF		〃	〃		〃	免疫比濁法（TIA 法）				
IgG	免疫比濁用, EIA 用原料	〃, TIA 法	免疫比濁法		〃	〃				免疫比濁法
IgA	〃	〃, TIA 法	〃		〃	〃				〃
IgM	〃	〃, TIA 法	〃		〃	〃				〃
IgE	〃	EIA 法, NIA 法	ラテックス凝集法	EIA 法	EIA 法			EIA 法		
C_3・C_4	〃	NIA 法, TIA 法	免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁法（TIA 法）				免疫比濁法
β-Lipo			Heparin-Ca 法		〃					

LP (a)	免疫比濁用, EIA 用原料	NIA 法	ラテックス凝集法			免疫比濁法 (TIA 法)				
Apo A-I	〃	〃, TIA 法				〃				
Apo A-II		〃				〃				
Apo B	免疫比濁用, EIA 用原料	〃, TIA 法				〃				
Apo C-II						〃				
Apo C-III						〃				
Apo E	免疫比濁用, EIA 用原料	NIA 法				〃				
AFP	〃	EIA 法, NIA 法	ラテックス凝集法	EIA 法	EIA 法			EIA 法	CLIA 法	EIA 法, CLIA 法
CEA	〃	〃, 蛍光免疫測定法		〃	〃			〃	〃	〃, 〃
NSE									〃	
フェリチン	免疫比濁用, EIA 用原料	EIA 法, 蛍光免疫側定法, NIA 法	ラテックス凝集法	EIA 法	EIA 法			EIA 法		EIA 法, CLIA 法
エラスターゼ 1										
β_2M	免疫比濁用, EIA 用原料	NIA 法	ラテックス凝集法	EIA 法	EIA 法			EIA 法		EIA 法, CLIA 法
PAP				〃	〃					
PA		蛍光免疫測定法, NIA 法		〃	〃			EIA 法		EIA 法, CLIA 法
CA 19-9		EIA 法		〃	〃				CLIA 法	〃, 〃
CA 125		〃		〃	〃				〃	〃, 〃
CA 15-3									〃	〃, 〃
梅毒反応		EIA 法			蛍光免疫法					
クラミジア (Ab・Ag)	原料用抗体									
HA (AD)								EIA 法		
HBs (Ag・Ab)	免疫比濁用, EIA 用原料	EIA 法		EIA 法	蛍光免疫法			〃		
HBe (Ag・Ab)		〃		〃	〃			〃		
HBc (Ab)	免疫比濁用, EIA 用原料	〃			〃			EIA 法		
HC (Ab)		〃			〃					
HIV (Ab)		〃						EIA 法		
ATL										
カテコールアミン				HPLC 法						
インスリン	原料用抗体			EIA 法	EIA 法					
GH				〃	〃				CLIA 法	

T_3・T_4	免疫比濁用，EIA 用原料	蛍光免疫測定法		〃	〃			EIA 法		EIA 法，CLIA 法
FT_3・FT_4				〃	〃			〃	CLIA 法	〃 〃
コルチゾール	免疫比濁用，EIA 用原料			〃	〃			〃	〃	〃 〃
TSH	〃	蛍光免疫測定法		〃	〃			〃	〃	〃 〃
LH	〃			〃	〃		定性・金コロイドクロマト法	〃		〃 〃
プロラクチン				〃	〃			〃		〃 〃
FSH	免疫比濁用，EIA 用原料			〃	〃			〃		〃 〃
カルシトニン	免疫比濁用，EIA 用原料									
HCG	〃	蛍光免疫測定法		〃	〃		定性・金コロイドクロマト法	〃		〃 〃
E_2				〃	〃			〃		〃 〃
糞便ヘモグロビン（便潜血）	原料抗体							TMB 法		
TPOAb				EIA 法						
TgAb				〃						
βHCG				〃						
プロゲステロン				〃						
Cペプチド				〃						

免疫血清（4）

会社名 / 項目名	ファルマシア・アップジョン	富士レビオ	山之内製薬	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業					
CRP				免疫比濁法/ラテックス凝集比濁法	TIA 法，他 1					
ASO				ラテックス凝集比濁法	LIA 法					
RF				〃	TIA 法，他 1					
IgG				免疫比濁法	〃					
IgA				〃	〃					
IgM				〃	〃					
IgE	FEIA 法	CLEIA 法		EIA 法	〃，他 1					
C_3・C_4				免疫比濁法	〃					
β-Lipo				ヘパリン比濁法	〃					
LP (a)				ラテックス凝集比濁法	〃					

Apo A-I				免疫比濁法	〃					
Apo A-II				〃	〃					
Apo B				〃	〃					
Apo C-II				〃	〃					
Apo C-III				〃	〃					
Apo E				〃	〃					
AFP		CLEIA 法		EIA 法，電気化学発光法	CLEIA 法，他 1					
AFP-L 3 %					LBA 法					
CEA		CLEIA 法		〃	CLEIA 法，他 1					
NSE	RIA 法			〃	EIA 法					
フェリチン		CLEIA 法	R-PHA 法	〃	CLEIA 法，他 1					
β_2M		〃		EIA 法	CLEIA 法，他 1					
PA				EIA 法，電気化学発光法	CLEIA 法，他 1					
CA 19-9		CLEIA 法		〃	〃					
CA 125		〃		〃						
CA 15-3		〃		〃						
梅毒反応		〃		ラテックス凝集比濁法	LIA 法					
HA (AD)				EIA 法						
HBs (Ag・Ab)		CLEIA 法	R-PHA 法 PHA 法	EIA 法，電気化学発光法	CLEIA 法					
HBe (Ag・Ab)				〃	〃					
HBc (Ab)		CLEIA 法		〃	〃					
HC (Ab)		〃		EIA 法						
HIV (Ab)		〃		〃						
ATL		〃		〃						
カテコールアミン		〃								
インスリン	RIA 法	〃		〃	CLEIA 法，他 1					
T_3・T_4				EIA 法，電気化学発光法	〃 ，他 1					
FT_3・FT_4		CLEIA 法		〃	〃					
コルチゾール				EIA 法						
TSH		CLEIA 法		EIA 法，電気化学発光法	CLEIA 法，他 1					

LH		〃		〃	EIA 法					
プロラクチン		〃		〃	〃					
FSH		〃		〃	〃					
HCG				〃						
E_2				〃						
糞便ヘモグロビン（便潜血）					金コロイド比色法（免疫法）					
H. Pylori				EIA 法						

血液凝固・線溶（1）

会社名 / 項目名	アボット東芝ダイアグノスティックス	栄研化学	エム・シー・メディカル	エム・シー・メディカル(第一化学薬品)	オルガノンテクニカ	カイノス	協和メデックス	国際試薬	三光純薬	シスメックス
PT			凝固時間法		凝固時間法			凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法
PTT			〃		〃			〃	〃	〃
トロンボテスト								〃	〃	〃
ヘパプラスチンテスト					凝固時間法			〃	〃	〃
プロテインC										凝固時間法，合成基質法
プロテインS										
ATIII	TIA 法	LIA 法		合成基質法	合成基質法		ラテックス凝集積分球濁度法	ラテックス比濁法，他2		凝固時間法，合成基質法
α_2PI				〃	〃			〃，他1		合成基質法
PLG				〃	〃			〃，〃		〃
FDP-T			ラテックス凝集法			ラテックス凝集比濁法	ラテックス凝集積分球濁度法	ラテックス凝集法(スライド法)		ラテックス凝集比濁法
FDP-E										
D-Dダイマー					ラテックス凝集法，ELISA 法			EIA 法，他1		〃
Fbg	TIA 法		凝固時間法		凝固時間法			トロンビン時間	凝固時間法	凝固時間法
TAT								EIA 法，他1		
PIC								〃		
第II凝固因子								凝固時間法		凝固時間法
第V凝固因子					凝固時間法			〃		〃
第VII凝固因子					〃			〃		〃
第VIII凝固因子					〃			〃		〃
第IX凝固因子					〃			〃		〃
第X凝固因子					〃			〃		〃
第XI凝固因子					〃			〃		〃
第XII凝固因子					〃			〃		〃
第XIII凝固因子					〃					
複合因子								〃		
ヘパリン										

血液凝固・線溶（2）

会社名 / 項目名	ダイアヤトロン	第一化学薬品	ダコ・ジャパン	デイドベーリング	日水製薬	ニットーボーメディカル	ニプロ	日本ビオメリュー	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業
PT	凝固時間法	凝固時間法						凝固時間測定法	凝固時間法	凝固時間法
PTT		〃						〃	〃	〃
トロボテスト	凝固時間法	〃								〃
ヘパプラスチンテスト	〃	〃								
プロテインC	ラテックス免疫比濁法，他1	発色性合成基質法	免疫比濁，EIA用原料					合成基質法	合成基質法 凝固時間法	
プロテインS	合成基質法		〃						凝固時間法	
ATIII	ラテックス免疫比濁法，他1	発色性合成基質法	〃	NIA法	蛍光免疫法	合成基質法，TIA法		合成基質法	合成基質法	
α_2PI	〃	〃	〃			〃			〃	
PLG	〃	〃		NIA法		〃，TIA法			〃	
FDP-T	ラテックス免疫比濁法	免疫比濁法			蛍光免疫法		ラテックス凝集比濁法		ラテックス免疫凝集比濁法	
FDP-E	〃						〃		〃	
D-Dダイマー	〃，他1	免疫比濁法			蛍光免疫法		〃	EIA法，他1	〃	
Fbg	塩析法	凝固時間法		NIA法		免疫比濁法			凝固時間法 免疫比濁法	凝固時間法
TAT	TR-FIA法			EIA法						
PIC	ラテックス免疫比濁法，他1	免疫比濁法		〃						
第II凝固因子	凝固時間法	凝固時間法						凝固時間測定法	凝固時間法	
第V凝固因子	〃	〃						〃	〃	
第VII凝固因子	〃	〃						〃	〃	
第VIII凝固因子	〃	発色性合成基質法，他1	免疫比濁用，EIA用原料					〃	〃	
第IX凝固因子	〃	凝固時間法	〃					〃	〃	
第X凝固因子	〃	〃	〃					〃	〃	
第XI凝固因子	〃	〃						〃	〃	
第XII凝固因子	〃	〃						〃	〃	
第XIII凝固因子	ラテックス免疫比濁法，他1						ラテックス凝集比濁法		〃	
複合因子	凝固時間法								〃	
ヘパリン	合成基質法	発色性合成基質法								
F1+2				EIA法						

血中薬物（1）

会社名 / 項目名	協和メデックス	ダイアヤトロン	ダイナボット	第一化学薬品	デイドベーリング	日本ビオメリュー	バイエルメディカル	山之内製薬	ロシュ・ダイアグノスティックス	
フェノバルビタール			FPIA 法	ホモジニアス酵素免疫測定法	EMIT 法，蛍光免疫測定法		ラテックス凝集法	セディア法（ホモジニアス EIA）	FPIA 法	
プリミドン			〃	〃	〃 ，				〃	
カルバマゼピン			〃	〃	〃 ，蛍光免疫測定性			セディア法（ホモジニアス EIA）	〃	
エトサクシミド			〃		〃 ，					
バルプロ酸ナトリウム			〃	ホモジニアス酵素免疫測定法	〃 ，蛍光免疫測定性			セディア法（ホモジニアス EIA）	EPIA 法	
フェニトイン			〃	〃	〃 〃 ，		ラテックス凝集法	〃	〃	
キニジン			〃		EMIT 法				〃	
リドカイン			〃		〃				〃	
プロカインアミド			〃		〃				〃	
N-アセチルプロカインアミド			〃		〃				〃	
ストレプトマイシン			〃		〃					
アミカシン			〃		〃					
ゲンタマイシン			〃		EMIT 法，蛍光免疫測定法				FPIA 法	
トブラマイシン			〃		EMIT 法					
ジベカシン			〃							
ネチルマイシン			〃						FPIA 法	
ジゴキシン	化学発光イムノアッセイ法	ラテックス免疫比濁法，他 1	〃	CLEIA 法ラテックス凝集比濁法	EMIT 法，酵素蛍光免疫測定法	EIA 法	EIA 法，CLIA 法	セディア法（ホモジニアス EIA）	ラテックス凝集比濁法	
ジギトキシン		CLEIA 法	〃		RIA 法					
テオフィリン	化学発光イムノアッセイ法	〃	〃	ホモジニアス酵素免疫測定法	EMIT 法，蛍光免疫測定法	EIA 法	ラテックス凝集法	セディア法（ホモジニアス EIA）	FPIA 法	
アセトアミノフェン			〃		EMIT 法					
シクロスポリン			〃		EMIT 法，RIA 法					
バンコマイシン			〃		蛍光免疫測定法				FPIA 法	
ジソピラミド			〃		EMIT 法，PETINIA 法					
エンドトキシン										
エタノール			FPIA 法		酵素法				酵素法	
VB_{12}	化学発光イムノアッセイ法									
葉酸	〃									

その他

会社名 / 項目	ニチレイ									
病理学的検査										
項目名	測定法	項目名	測定法							
デスミン	酵素抗体法	α1-アンチキモトリプシン	酵素抗体法							
〃	〃	α1-アンチトリプシン	〃							
Bセル（L 26）	〃	第Ⅷ因子関連抗原	〃							
B細胞（LN1, LN2, LN3）	〃	ガストリン	〃							
PSAP	〃	グルカゴン	〃							
〃	〃	リゾチーム／ムラミダーゼ	〃							
Tセル（UCHL 1）	〃	パンクレアチックPP	〃							
上皮膜抗原	〃	ソマトスタチン	〃							
白血球共通抗原	〃	サイログロブリン	〃							
ビメンチン	〃	免疫グロブリンA	〃							
CEA	〃	〃 G	〃							
AFP	〃	〃 M	〃							
〃	〃									
GFAP	〃	細胞機能検査								
〃	〃	項目名	測定法							
HCG-β	〃	T細胞・B細胞百分率	フローサイトメトリー法							
インスリン	〃	〃	〃							
ケラチン／サイトケラチン	〃	〃	〃							
〃	〃	T細胞サブセット	モノクローナル抗体法							
カッパ	〃	〃	〃							
ラムダ	〃	〃	〃							
ミオグロビン	〃	〃	〃							
PSA	〃									
NSE	〃									
S-100	〃									

自動分析装置専用試薬

自動分析装置専用試薬（1）

会社名 / 機種名	アズウェル		エイアンドティー		栄研化学		エム・シー・メディカル		小野薬品工業		カイノス		関東化学		協和メデックス		国際試薬		三光純薬	
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
日立-7050 シリーズ	32	2	8	5	33	3			22		22	12	27	5	12		34	18	27	3
〃 -7150	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃		33	14	〃	〃	23	1	〃	〃	〃	〃
〃 -7170	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃		11		〃	〃	17	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -7250・7350・7450	〃	〃	〃	〃	30	〃			20		20	3	〃	〃	20		32	11	〃	〃
〃 -7070・7060	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃		33	14	〃	〃	23		34	18	〃	〃
〃 -7020	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃		22	12	〃	〃			〃	〃	〃	〃
〃 -7600	〃	〃	〃	〃	〃	〃			22		11		〃	〃	23	1	〃	〃	〃	〃
TBA-S シリーズ	〃	〃	〃	〃	28	2			20				26	1			29	11	〃	〃
〃 -60 R	〃	〃	〃	〃	〃	3			〃				27	5	23	1	31	18	〃	〃
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)	〃	〃	〃	〃	37	〃			22		15		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -M シリーズ	〃	〃	〃	〃	30	〃			20		20	3	26	1	20		29	11	〃	〃
〃 -80 FR(NEO)	〃	〃	〃	〃	33	〃			22		33	14	27	5	23		31	18	〃	〃
〃 -200 FR	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃		〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃
CL -7100・7000	〃	〃	〃	〃	26				20				〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃
〃 -7200	〃	〃	〃	〃	30				〃		33	14	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃
〃 -7300	〃	〃	〃	〃	〃	3			〃		〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃
〃 -8000	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃		22	〃	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃
クリナライザーRXシリーズ	〃	〃	〃	〃					18		2	1	26	1	17		29	11	26	〃
〃 RSシリーズ	〃	〃	〃	〃	30	1			〃		33	14	〃	〃	23	1	31	18	〃	〃
〃 HRシリーズ	〃	〃	〃	〃	26				20		2	1	〃	〃			29	11	〃	〃
〃 BMシリーズ	〃	〃	〃	〃	27				〃		11		〃	〃			31	18	〃	〃
AU -5200	〃	〃	〃	〃	28	3			〃		20	3	27	5	20		29	11	27	〃
〃 -1000・800	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃		33	14	〃	〃	〃	1	31	18	〃	〃
〃 -600	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃		〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃
〃 -560・510	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃				〃	〃	23		〃	〃	〃	〃
テクニコン-SSR					〃	〃									〃					
〃 -CHEM 1					〃	〃									〃					

COBAS-MIRA-S	32	2			29				17				27	5	〃		31	18	27	3
〃 -MIRAプラス	〃	〃			〃				〃				〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃
〃 -FARA	〃	〃			27	2			〃				〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃
〃 -BIO	〃	〃			〃	〃			〃				〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃
バイエル-550	〃	〃			〃	〃									〃				〃	〃
〃 -エキスプレスプラス	〃	〃			〃	〃									〃				〃	〃
スーパーZ	〃	〃			29	3	20	7					27	5	〃		31	18	〃	〃
502 X			8	16																
501 X				14																
EL-1200															19					
〃 -1060															〃					
HM-JACK															1					
DM-JACK															2	1				
HGS-180														1						

自動分析装置専用試薬(2)

会社名 / 機種名	塩野義製薬		ダイアヤトロン		第一化学薬品		デイドベーリング		デンカ生研		ニチレイ		ニットーボーメディカル		ニプロ		日本メジフィジックス		バイエルメディカル	
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
日立-7050シリーズ			33	15	35	7							29	24	26	6				
〃 -7150			34	16	〃	〃			24	11			〃	〃	〃	〃				
〃 -7170			31	18	〃	〃			15	8			〃	〃	〃	〃				
〃 -7250・7350・7450			32	11	34				23	5			〃	9	〃	〃				
〃 -7070・7060			31	16	35				〃	11			〃	24	〃	〃				
〃 -7020			24	12	〃								〃	〃	〃	〃				
〃 -7600			35	18	〃								〃	P=24 D=9	〃	〃				
TBA-Sシリーズ			34	3					10						〃	〃				
〃 -60 R			31	13	32				24	11			29	9	〃	〃				
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)			32.35	16.18	〃				〃	13			〃	24	〃	〃				
〃 -Mシリーズ			34	3	30				〃	5			〃	9	〃	〃				
〃 -80 FR(NEO)			31	18	32				〃	11			〃	24	〃	〃				

〃 -200 FR			〃	16	〃				〃	〃			〃	〃	〃	〃				
CL -7100・7000			〃	8									〃	〃						
〃 -7200			34	13									〃	〃						
〃 -7300			〃	〃									〃	〃						
〃 -8000			28	15									〃	〃						
クリナライザーRXシリーズ			29	8																
〃 RSシリーズ			30	10									29	9						
〃 HRシリーズ			〃	5									〃	〃						
〃 BMシリーズ			27	6									〃	24						
AU -5200			28	5	27								〃	9						
〃 -1000・800			27	15	28								〃	24						
〃 -600			30	14									〃	〃						
〃 -560・510			31	12	28								〃	〃						
テクニコン-SSR																			35	7
〃 -CHEM 1																			25	
オペラ																			35	7
COBAS-MIRA-S			26	11	29								29	9						
〃 -MIRA プラス			〃	〃																
〃 -FARA			28	8																
〃 -BIO																				
バイエル-550																			27	2
スーパー Z			29	11											26	6				
LPIA -S 500				49																
〃 -A 700				40																
Dimension RxL							28	3												
aca star							〃	〃												
ライカ ST 5050												約 60								
MIRACLE 919															53	6				
Allegro Lite																		15		
ルミワード		特異IgE・総IgE (45 項目)																		

日本電子BM-1250																				
〃 BM-1650																				
〃 BM-2250																				
オリンパス AU-2700																				
エクスプレスプラス																			22	
ADVIA 421																			31	11

自動分析装置専用試薬（3）

会社名 / 機種名	山之内製薬		ロシュ・ダイアグノスティックス		和光純薬工業															
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数														
日立-7050 シリーズ		6			38	7														
〃 -7150		〃			41	〃														
日立-7170		〃			42	9														
〃 -7250・7350・7450					28	1														
〃 -7070・7060		6			36	6														
〃 -7020		〃			18	1														
〃 -7600		〃			28	3														
TBA-60 R		2			23															
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)		6			22	1														
〃 -M シリーズ					32	4														
〃 -80 FR(NEO)		6			41	7														
〃 -200 FR		〃																		
CL -7100・7000					21															
〃 -7200		6			41	7														
〃 -7300		〃			〃	〃														
〃 -8000		〃			27	3														
クリナライザーRXシリーズ					38	2														
〃 RSシリーズ					28	6														
〃 HRシリーズ					38	2														
〃 BMシリーズ					27	1														

AU-5200					28	〃														
〃 -1000・800		6			41	7														
〃 -600		〃			42	9														
〃 -560・510		〃			24															
COBAS-MIRA-S		〃	49	17																
〃 -MIRA プラス		〃	〃	〃																
〃 -FARA		〃																		
〃 -BIO		1																		
〃 INTEGRA 700			49	26																
スーパーZ		6																		
日本電子BM-1250		〃																		
〃 BM-1650		〃																		
〃 BM-2250		〃																		
オリンパス AU-2700		〃																		

コントロール血清

(株)アズウェル

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
液状ネスコール-N	電解質，酵素，脂質，含窒素 他	正常	○	5ml×10	14,000	製造元：オリエンタル酵母工業㈱ 発売元：㈱アズウェル
〃 -A	〃	異常	〃	〃	〃	〃
セラクリア-HE	酵素7項目	正常・異常	〃	正常域3ml×5 異常域3ml×5	26,000	〃
〃 -LP	脂質6項目	異常	〃	3ml×5	9,300	〃

(株)エイアンドティー

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノティクルスオートコントロール血清(L)	免疫12項目	低値	○	1ml用×5	25,000	
〃 (H)	〃	高値	○	〃	〃	

栄研化学(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
リピッドセラームI	脂質7項目	正常	○	3ml×5	7,500	
〃 II	〃 5項目	異常	〃	〃	10,000	
TZセーラム	TTT，ZTT	〃	〃	〃	5,500	
BLセーラム	B-L	正常	〃	〃	7,500	
免疫コントロールI-A	IgG, A, M, C_3, C_4, CRP, ASO, RF	〃	〃	1ml×5	18,000	
〃 II-A	IgG，A，M，C_3，C_4	異常	〃	〃	〃	
〃 II-B	CRP，ASO，RF	〃	〃	〃	〃	
トリプルチェックレベルI	24項目	低値	〃	3ml×24	21,600	
〃 II	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 III	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-LX，1	LXシステン16項目	低値	〃	2ml分×5	25,000	
〃 ，2A	〃	高値	〃	〃	〃	
〃 ，2B	〃	〃	〃	〃	〃	

〃 ，3	LX システム腎機能マーカー5項目	尿用低値	〃	〃	〃	
〃 ，4	〃	〃 高値	〃	〃	〃	
QC-RE，Set	T3他31項目	低・中・高値	〃	2ml 分×2	19,000	
〃 ，I	〃	低値	〃	2ml 分×6	〃	
〃 ，II	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 ，III	〃	高値	〃	〃	〃	
〃 ，N	〃	正常値	〃	〃	〃	
OC-オートコントロール，L	糞便中ヘモグロビン	低濃度	〃	1ml 分×5	13,000	

エム・シー・メディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
トロンボスクリーン 血液凝固標準血漿 UCRP	凝固・線溶系	正常	○	1ml×10	21,000	
〃 血液凝固標準血漿 ACRP	〃	異常	〃	〃	〃	
フィブリノーゲン標準血漿	凝固	正常	〃	〃	18,000	
血液凝固コントロール レベル1	〃	〃	×	〃	15,000	
〃 レベル2	〃	異常	〃	〃	16,000	
〃 レベル3	〃	〃	〃	〃	〃	
フィブリノーゲンコントロール	〃	〃	○	〃	15,000	
ヘパリンコントロール レベル1	〃	正常	×	〃	〃	
〃 レベル2	〃	異常	〃	〃	〃	

オリンパス光学工業(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
AU コントロール	ヒト血清ベース，マルチタイプ	レベル1 レベル2	○	各5ml 用×6バイアル		
AES コントロール	たん白分画用	ノーマル アブノーマル	〃	0.5ml×5バイアル		

オルガノンテクニカ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
ベリハイリファレンス	血液凝固検査用標準血漿	正常	○	1.0ml×10	13,000	WHO標準血漿に基づく表示値設定
MDA用 ベリハイリファレンス	〃	〃	〃	1.2ml×20	41,600	〃 (MDA-専用試薬)
〃 1	血液凝固検査用コントロール血漿	〃	×	1.0ml×10	10,000	
MDA用 ベリハイ1	〃	〃	〃	1.2ml×20	32,600	(MDA-専用試薬)
〃 2	〃	異常	〃	1.0ml×10	10,000	
MDA用 ベリハイ2	〃	〃	〃	1.2ml×20	32,000	(MDA-専用試薬)
〃 3	〃	〃	〃	1.0ml×10	10,000	
MDA用 ベリハイ3	〃	〃	〃	1.2ml×20	32,000	(MDA-専用試薬)
MDA用 ベリカルセット	血液凝固検査用較正標準血漿	3レベル	○	1.2ml×9	21,600	(〃)
プラットG.A.S.コントロール	血液ガス，電解質測定コントール物質	〃	〃	30アンプル	23,000	
〃 コントロールレベルⅣ	〃	高酸素加	〃	10アンプル	12,000	
バリデイトN	生化学検査用コントロール血清	正常	〃	5ml×10	15,000	
〃 A	〃	異常	〃	〃	〃	

(株)カイノス

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
BECKMAN DECISION「KAINOS」Multipack	生化学項目全般	低値・中間値・高値	○	20ml×6	35,400	
BECKMAN DECISION「KAINOS」Level 1	〃	低値	〃	20ml×4	24,800	
〃 Level 2	〃	中間値	〃	〃	〃	
〃 Level 3	〃	高値	〃	〃	〃	
Ultimate C4(4mg/dl)	ビリルビン標準値	4mg/dl	〃	2ml×10	17,000	
〃 C8(8mg/dl)	〃	8mg/dl	〃	〃	〃	
〃 C20(20mg/dl)	〃	20mg/dl	〃	〃	15,000	
Ultimate-D Level 1	ビリルビンコントロール	低値	〃	3ml×10	21,000	
〃 Level 2	〃	中間値	〃	〃	〃	
〃 Level 3	〃	〃	〃	〃	〃	

〃　Level 4	〃	高値	〃	〃	25,000	
I. D. -Zone(Normal)	血清蛋白分画	正常	〃	2ml×6	29,000	
〃　(Abnormal)	〃	異常	〃	〃	〃	
尿コントロール	AMY, Ca, Cl, CRE, GLu, Pi, K, Na, TP, UN, UA, Osmolality	正常・異常	〃	10ml×3	33,000	
ケトン体コントロールⅠ 〃　Ⅱ 〃　Ⅲ	} 3HB, TKB	低値 中値 高値	〃 〃 〃	3ml用×6 〃 〃	8,000 〃 〃	
1,5AG コントロール	1,5AG	低値・中値	〃	2ml×6	20,000	

関東化学(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
クオリトロール CK-MB	CK, CK-MB	異常	○	1ml×6		
〃　リファレンス	AST, ALT, γ-GT, CK	正常・異常	〃	3ml×2×2濃度		
トレースチェック	AST, ALT, γ-GT, CK, ALP, LD, AMY	〃	〃	2ml×3×2濃度		

協和メデックス(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
Accurun 1 マルチマーカーコントロール	anti-HIV1/2, anti-HTLV Ⅰ/Ⅱ anti-HBc, anti-HCV, anti-CMV, HBsAg		○	1ml×3～5ml×3	24,000 ～95,000	
Normal コントロール	感染症陰性コントロール		×	1ml×1～3.5ml×12	5,000 ～5,700	
HIV 抗原 シングルマーカーコントロール	HIV 抗原		〃	5ml×1～5ml×3	14,000 ～39,000	
HBs 抗原	HBs 抗原		〃	5ml×1	14,000	
HBs IgG, IgM	HBs コア IgG, IgM		〃	〃	14,000	
HBe 抗原	HBe 抗原		〃	〃	〃	
HBe 抗体	HBe 抗体		〃	〃	〃	
HAV 抗体 IgG, IgM	HAV IgG HAV IgM		〃	1ml×1～5ml×1 1ml×1～5ml×1	4,000～16,000 5,000～20,000	
HBs 抗体	HBs 抗体		○	5ml×1	14,000	
Lyme 病抗体 IgG, IgM	Lyme 病 IgG Lyme 病 IgM		×	1ml×1 〃	5,000(IgG) 9,000(IgM)	
Toxo 抗体 IgG, IgM	Toxo IgG Toxo IgM		〃	〃 〃	3,000(IgG) 7,000(IgM)	
風しん抗体 IgG, IgM	風しん IgG 〃　IgM		〃	〃 〃	〃 〃	
CMV IgG, IgM	CMV IgG CMV IgM		〃	〃 〃	3,000(IgG) 9,000(IgM)	

TP（梅毒抗体）	TP 抗体		○	2ml×1～2ml×3	6,000～16,000	
TP（RPR）	TP（RPR）		×	1ml×1	4,000	

国際試薬(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（ml）	メーカー希望価格（円）	備考
QAP トロール1X・2X	生化学用	正常・異常	×	5ml×5×2濃度	15,500	
ビリトロール・L レベル1	Bil	低濃度	○	3ml×6	13,000	
〃 L レベル2	〃	中濃度	〃	〃	〃	
〃 L レベル3	〃	高濃度	〃	〃	〃	
リピトロール・L レベル1	脂質	低濃度	〃	〃	21,000	
〃 L レベル2	〃	中濃度	〃	〃	24,000	
〃 L レベル3	〃	高濃度	〃	〃	28,000	
UIBC トロール	UIBC	低，中，高濃度	〃	2ml 分×2×3濃度	8,000	
尿化学コントロール・L レベル1・2	尿化学検査用	2 濃度	〃	15ml 分×3×2レベル	16,000	
ISE トロール I・X	電解質用	正常値下限付近	×	3ml 分×5	4,500	
〃 II・X	〃	〃	〃	〃	〃	
GHb トロール I・XII・X	グリコヘモグロビン用	正常・異常	〃	0.2ml 分×8	16,000	
グリコ Hb コントロール	〃	〃	○	65mg×4×2濃度	〃	
HDLコントロールL	HDL-コレステロール用	低値	〃	3ml 分×6	13,000	
〃 M	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 H	〃	高値	〃	〃	〃	
ヴィラトロール	HBs 抗原，HCV 抗体，TP 抗体	2 濃度	×	3ml 分×3×2レベル	22,500	ウイルス不活化処理済み（液状加熱処理及び S/D 処理）

三光純薬(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（ml）	メーカー希望価格（円）	備考
EXA Liquid 2 normal	ヒト血清マルチタイプ	正常	○	2ml×25	15,500	
〃 abnormal	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 5 normal	〃	正常	〃	5ml×25	35,000	

〃 abnormal	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 IM-N	免疫血清用マルチタイプ	正常	〃	2ml×4	21,000	
〃 IM-A	〃	異常	〃	〃	〃	

シスメックス(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
ランリームコントロールA レベルI・II	AFP, CEA, フェリチン, PSA	低濃度・高濃度	○	6ml×各1	27,000	
〃 B レベルI・II	IgE, HBsAb, HBcAb	〃	〃	〃	18,000	
〃 C レベルI・II	β_2-マイクログロブリン, インシュリン	〃	〃	〃	24,000	
〃 D レベルI・II	HBsAg	〃	〃	〃	17,000	
〃 E レベルI・II	HCV-Ab	〃	〃	〃	〃	

(株)常光

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
分画トロール「常光」"ノーマル"	蛋白分画用	正常	○	0.5ml×10	18,000	1本約1週間使用可能
〃 "アブノーマル"	〃	異常	〃	〃	〃	〃
イオン電極用常用標準血清ISE-CRS	Na^+, K^+, Cl^-	高, 中, 低	〃	1.5ml×20	16,000	冷凍品
グリコヘモグロビンA_{1c}「二次標準」	安定化-HbA_{1c}	レベル1・2	〃			凍結乾燥品
電極チェック液	透析液測定用		〃	3ml×20	12,000	液状

住友製薬(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
アクエック-10	IgG, IgA, IgM, C_3, C_4, CRP RF, ASO, CRE, AFP	High・Low	○	H2ml×4 L 〃		液状・長期間安定
〃 -タイプII	CRA, AFP, FER, BMG,CA19-9, CA125, PSA, TSH, T_3, T_4, FT_3, FT_4	〃	〃	H2ml×1 L 〃		〃

(株)ダイアヤトロン

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
セラケムノーマルコントロール血清	酵素，脂質，電解質，他	正常	○	5ml用×12	18,000	米国・IL社製 販売：(株)ダイアヤトロン
〃 アブノーマルコントロール血清	〃	異常	〃	〃	〃	〃
イアトロセーラ IM-I	免疫・血清	正常	〃	2ml用×4	18,400	(株)ヤトロン製 販売：(株)ダイアヤトロン
〃 IM-II	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃 THレベルI	凝固・線溶マーカー	正常	〃	0.5ml用×6	12,000	〃
〃 THレベルII	〃	異常	〃	〃	〃	〃
CON6	ホルモン，他	低・中・高濃度	〃	6ml×2×3濃度	20,000	米国・DPC社製 販売：(株)ダイアヤトロン

第一化学薬品(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
セロノルム・ヒューマン	生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属・他	正常	○	5ml×10	18,000	Sero社製，販売：第一化学薬品
セロノルム	電解質・酵素・脂質・他	〃	〃	〃	〃	〃
パソノルム H	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃 L	〃	〃	〃	〃	〃	〃
オートノルム	〃	正常	〃	10ml×6	16,100	〃
セロノルム・ファルマカ AED 治療域	薬物血中濃度(抗てんかん薬)	治療域	〃	5ml×10	20,000	〃
〃 中毒域	〃	中毒域	〃	〃	〃	〃
セロノルム・リピッド	血清脂質	正常	〃	3ml×12	22,000	〃
〃 ・CRPコントロール	CRP	異常	〃	1ml×6×2濃度	15,000	

ダコ・ジャパン(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
ヒト血清タンパク／〔キャリブレーター〕	Alb, α_1-アンチキモトリプシン, α_1-アンチトリプシン他全16項目	正常	○	1ml×1 1ml×20	3,000 39,000	液状
〃／〔コントロール血清〕低濃度域	〃	項目により異る	〃	1ml×1 5ml×1	10,000 46,000	〃
〃／〔コントロール血清〕高濃度域	〃	〃	〃	5ml×1	46,000	〃

ヒト血清C反応性タンパク(CRP)／〔コントロール血清〕低濃度域	CRP		〃	1ml 5ml	9,000 36,000	標準値を160mg/l付近に設定
〃／〔コントロール血清〕高濃度域	〃		〃	〃 〃	〃 〃	
〃／〔キャリブレーター〕	〃		〃	1ml	6,000	
ヒト血清アポリポプロテインA-I,B／〔キャリブレーター〕	アポリポプロテインA-I，B		〃	0.5mg×6	48,000	凍結乾燥品
〃／〔コントロール〕	〃		〃	〃	54,000	〃
ヒト血清Lp(a)／〔キャリブレーター〕	Lp(a)		〃	1ml	10,000	〃
〃／〔コントロール〕低濃度域	〃		〃	〃	12,000	〃
〃／〔コントロール〕高濃度域	〃		〃	〃	〃	〃
α_1ミオグロビン／〔キャリブレーター〕	α_1-Microgrobulin		〃	〃	19,000	液状

(株)テクノメディカ

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
液状常用標準血清 ISE-CRS	Na，K，Cl	中濃度	○	1ml	22,000	
〃 ISE-CRS三濃度	〃	高・中・低濃度	〃	1.5ml	30,000	

デンカ生研(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
液状キャリブレーター	生化学	異常	○	5ml×10	14,000	
液状コントロール血清「生研」N	〃	正常	〃	〃	〃	
〃 AN	〃	異常	〃	〃	〃	
脂質キャリブレーターD	脂質		〃	1ml×5	5,000	
酵素キャリブレーター「生研」			〃	2ml×6	13,500	
酵素コントロール1・2「生研」			〃	2ml×3×2濃度	〃	
イムノキューセラI-(L)	免疫血清	低値	〃	3ml×5	30,000	
〃 -(H)	〃	高値	〃	〃	〃	
イムノキューセラII-(L)	〃	低値	〃	〃	〃	
〃 -(H)	〃	高値	〃	〃	〃	

東ソー(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
東ソーマルチコントロール	EIA用多項目コントロール	レベル1, 2, 3		各5ml×3本×3種		
HbA_{1c}キャリブレータ	安定型HbA_{1c}	レベル1, 2	○	各4ml用×5本×2種	35,000	日本糖尿病学会HbA_{1c}標準化準拠
〃 コントロール	〃	〃	〃	各0.5ml用×4本×2種	17,000	

ニットーボーメディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノクエストL-I	IgG, A, M, C3, C4, CRP, Tf, Hp, α_1-AG, α_1-AT		○	2ml×6	15,600	液状コントロール
〃 L-II	〃		〃	〃	18,000	〃
〃 RF-I	リウマチ因子		〃	2ml×4	8,000	凍結乾燥品
〃 RF-II	〃		〃	〃	12,000	〃
〃 ASO-I	抗ストレプトリジンO		〃	〃	8,000	〃
〃 ASO-II	〃		〃	〃	12,000	〃
〃 ARC-I	CRP, RF, ASO		〃	〃	11,000	〃
〃 ARC-II	〃		〃	〃	15,000	〃

日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
ライフォチェック(凍結乾燥)/リクイチェック(液状) イムノアッセイプラスコントロール血清1,2,3	薬物・ホルモン・腫瘍マーカーなど86項目以上	低・中・高	○	(5ml×4)×3レベル	40,000	
〃 生化学コントロール血清1,2	生化学項目60項目以上	低・高	〃	各5ml×12	各30,000	表示値なし生化学コントロール血清1,2,3 5ml×25(各レベル別包装)
〃 〃	〃 40項目以上	〃	×	各10ml×25	各28,000	(各レベル別包装)
〃 腫瘍マーカーコントロール血清1,2	CEA, AFP, CA125, CA19-9等 重要な腫瘍マーカー	〃	○	(2ml×3)×2レベル	35,000	
リクイチェック 脂質コントロール血清1,2	HDLコレステロール, コレステロール トリグリセライド, リン脂質	〃	〃	各3ml×6	各11,000	(各レベル別包装)
〃 新生児検査用コントロール血清1,2	直接・間接・総ビリルビン, カリウム, マンガン, マグネシウム等	〃	〃	各4ml×6	各25,000	〃
〃 CK/LDアイソザイムコントロール血清1,2	CK・LD・タンパク分画, CK・LDH・ ビリルビン(総), CK-MB	〃	〃	各1ml×6	〃	〃
〃 循環器疾患マーカーコントロール血清1,2,3	CK-MB, LD1, トロポニンI, トロポ ニンT, ミオグロビン, 総CK	低・中・高	〃	(3ml×2)×3レベル	30,000	

ライフォチェック 定量用尿コントロール1,2	生化学，特殊物質，内分泌 毒物など60項目	正常・異常	〃	各10ml×10	各18,000	(各レベル別包装)
リクイチェック 尿検査用コントロール1,2	タンパク，グルコース，ビリルビン沈渣等	低・高	陽性・陰性	(12ml×5)×2レベル	15,000	尿試験紙・沈渣
〃 尿化学コントロール1,2	化学分析器を利用する一般的尿検査用	〃	○	10ml×12	各22,000	(各レベル別包装)
ライフォチェック 妊娠検査用コントロール血清1,2,3	hcG，ホルモン，AFP，フェリチン等 ジキトキシン	低・中・高	〃	(5ml×4)×3レベル	55,000	
〃 貧血症コントロール血清	トランスフェリン，フェリチン，ビタミンB_{12}， プレアルブミン，フリーT_4，葉酸，TSH		〃	3ml×6	15,000	低値異常範囲に調製
〃 高血圧症マーカーコントロール1,2,3	ACTH,アルドラーゼ,コルチゾール,レニン	低・中・高	〃	(2ml×2)×3レベル		
リクイチェック イムノロジーコントロール血清1,2,3	アルブミン,ASO,CRP,IgA,IgMなど 免疫検査一般	〃	〃	各1ml×6	各15,000	(各レベル別包装)
〃 リウマチ因子コントロール血清1,2,3	リウマチ因子	正常・やや高値・ 高値	〃	各2ml×6	各30,000	〃
ライフォチェック イムノロジープラスコントロール血清	アルブミン,ASO,CRP,IgA,IgM，Rf など	低・高	〃	(1ml×5)×2レベル	45,000	
リクイチェック 髄液コントロール1,2	アルブミン,クロール,グルコース,IgA, IgG,IgM,乳酸,ナトリウム等		〃	各3ml×6	各16,000	〃 ヒト脳脊髄液
ライフォチェック 全血コントロール1,2,3	シクロスポリン,鉛,葉酸（赤血球中）	低・中・高	〃	各2ml×6	各15,000	(各レベル別包装)
〃 ドラッグフリー血清	薬物濃度検出レベル以下			10ml×10	48,000	検体稀釈用
〃 トキシコロジーネガティブ尿コントロール	毒物・薬物濃度検出レベル以下			〃	28,000	〃
〃 ヘモグロビンA_2コントロール1,2	ヘモグロビンA_2，F，S		○	(1ml×2)×2レベル	80,000	異常ヘモブロビン
〃 糖尿病検査コントロール1,2	ヘモグロビンA_1，A_{1c}，F 総糖化ヘモグロビン	左常・異常	〃	(0.5ml×3)×2レベル	35,000	
リクイチェック 血液学16項目用コントロール1,2,3	WBC，RBC，HCV，MCH，ヘマトク リットなど16項目	低・中・高	〃	(3ml×2)3レベル	20,000	
ライフォチェック 重金属測定用尿コントロール1,2	重金属，有機溶媒代謝物	低・高	〃	各25ml×10	各35,000	(各レベル別包装)
〃 内分泌コントロール血清1，2	エピネフリン,ノルエピネフリン,ドーパミン	〃	〃	(10ml×5)×2レベル	60,000	
リクイチェック アルコールコントロール血清1,2	エタノール	〃	〃	各2ml×6	各10,000	(各レベル別包装)
〃 エタノール/アンモニアコントロール1,2	エタノール，アンモニア	低・中・高	〃	各3ml×6	各15,000	〃
ライフォチェック 凝固コントロール1,2,3	PT,APTT,フィブリノーゲン(レベル1)	〃	〃	1ml×10	各 8,000	〃
〃 血液ガスコントロール1,2,3	pCO_2，pH，pO_2	〃	〃	各1.7ml×30	各15,000	〃
血液ガスプラスEコントロール1,2,3	カリウム，ナトリウム，カルシウムイオ ン，pCO_2，pH，pO_2等	〃	〃	〃	各18,000	過酸化レベル-血液ガスプラスEコン トロール4 ¥22,000(各レベル別包装)
〃 (グルコースレベル付)	グルコース，カリウム，ナトリウム，カ ルシウムイオン，pCO_2，pH，pO_2等	〃	〃	〃	各30,000	(各レベル別包装)
血液ガスプラスCo-OXIMETER1,2,3	ヘモグロビン，メトヘモグロビン，カルボシ キヘモグロビン，デオキシヘモグロビン等	〃	〃	〃	各20,000	〃
精度管理用プログラム UNITY-PC						外部・内部精度管理用プログラム
〃 UNITY-POST						〃
ライフォチェックイムノアッセイ 腫瘍マーカープラスコントロール血清	イムノアッセイプラスコントロールにCA19-9, CA-125，β_2ミクログログリンを添加したもの	低・中・高	○	(3ml×2)×3レベル	33,000	
ライフォチェック 神経芽細胞腫検査用尿コントロール1,2	VMA,HVA,VLA,5-HIAA，クレアチニン	低・高	〃	(10ml×5)2レベル	50,000	

日本ビオメリュー(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
ユニプラズマトロール ノーマル	PT, APTT, Fib等ルーチン項目	正常	○	1ml×8	8,500	血液凝固検査用コントロール血漿
〃 アブノーマル	〃	異常	〃	〃	12,000	〃
〃 インデックスP	ルーチン項目の他に凝固因子	〃	〃	〃	24,000	〃

バイエル メディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
TEST point リガンドコントロール	ホルモン, 腫瘍マーカー, 薬物など24項目	2濃度	○	5ml×2	29,000	
〃 ケミストリーコントロール1	生化学, 電解質37項目	正常	〃	10ml×12	25,100	
〃 ケミストリーコントロール2	〃	異常	〃	〃	〃	

ベックマン・コールター(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
デシジョン レベル1	生化学一般	正常域(低レベル)	○	20ml×4		−15〜20℃保存. 液状で凍結しません. 安定で経済的です. プラボトル入り.
〃 2	〃	〃 (高レベル)	〃	〃		〃
〃 3	〃	異常域(高レベル)	〃	〃		〃
〃 マルチレベル	〃	レベル1, 2, 3	〃	20ml×2×3 レベル		〃
トライアド レベル1	〃	正常域(低レベル)	×	20ml×10		〃
〃 2	〃	〃 (高レベル)	〃	〃		〃
〃 3	〃	異常域(高レベル)	〃	〃		〃
IDゾーン ノーマル	蛋白電気泳動用	正常パターン	○	2ml×6		〃
〃 アブノーマル	〃	A/G比異常パターン	〃	〃		〃
アルチメイト-D レベル1	総/直ビリルビン測定用	低濃度域	〃	3ml×10		−15〜20℃で保存. 液状で凍結しません. 安定で経済的です. アンプル入り.
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃
〃 4	〃	異常高 〃	〃	〃		〃

アルチメイトビリルビン キャリブレーター C4	総ビリルビン測定用キャリブレーター	4mg/dl 前後の総ビリルビンレベル	〃	2ml×10		NIST スタンダードで検定済み
〃 〃 C8	〃	8mg/dl 〃	〃	〃		〃
〃 〃 C20	〃	20mg/dl 〃	〃	〃		−15〜20℃で保存．液状で凍結しません．安定で経済的です．アンプル入り．NIST スタンダードで検定済み．
ビジル Protein コントロール レベル 1	血漿蛋白	低濃度域	〃	5ml×4		−15〜20℃で保存．液状で凍結しません．安定で経済的です．プラボトル入り．
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃
ビジル Serology レベル 1	CRP，ASO，RF 測定用	低 〃	〃	5ml×3		〃
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃
ビジル TDM コントロール レベル1	ジゴキシン，てんかん薬など測定用	低 〃	〃	3ml×3		〃
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃
ビジル脂質コントロール レベル1	コレステロール，トリグリセライド，HDL-C，リポ蛋白	低 〃	〃	4ml×4		〃
〃 2		正常〃	〃	〃		〃
〃 3		中 〃	〃	〃		〃
〃 4		高 〃	〃	〃		〃

ロシュ・ダイアグノスティックス(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（ml）	メーカー希望価格（円）	備考
HbA_{1c}コントロール N「ロシュ」0.5ml 用	HbA_{1c}	〃	〃	0.5ml 用×4		
〃 「ロシュ」 〃	〃	異常	〃	〃		

和光純薬工業(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（ml）	メーカー希望価格（円）	備考
液状コントロール血清 I ワコー	生化学	正常	○	5ml×10		
〃 II ワコー	〃	異常	〃	〃		
コントロール血清 I ワコー/B	〃	正常	〃	5ml 用×10		
〃 II ワコー/B	〃	異常	〃	〃		

LYPHOCHEK-IA プラス	ホルモン・腫瘍マーカー	3濃度	〃	5ml×12		
LYPHOCHEK 腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカー	2濃度	〃	2ml×6		
免疫コントロールⅠワコー	血漿蛋白	正常	〃	2ml×4		
〃 Ⅱワコー	〃	異常	〃	〃		

展示会社・主要製品紹介

株式会社アイアールメディカル

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西５－５－６－403

設立年月日：	平成４年４月１日
資本金：	1,000万円
代表者名：	田代 克司
従業員数：	８名
E－mail：	aika01@tka.att.ne.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒134-0088：江戸川区西葛西５－５－６－403
	TEL：03－3688－4026
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03－3688－4026　　FAX：03－3688－2445

〔展示主要商品〕

採血管印字貼付器／ラベルメイト　LM-800

特長：○採血管・尿スピッツ・尿コップ・便潜血ホルダーと多くの材料に貼付可能です。
○一本のサンプルに必要印字貼付時間は２秒以内と患者さんを待たせることがありません。
○独自開発方式による貼付の為，小型化が可能となりました。
○従来難しかった便潜血ホルダーにも簡単に貼付できます。

〔取扱い商品〕

採血管印字貼付	model	UL-300
		LM-500
		LM-700
		LM-800
バーコードプリンター	model	GP-100
		GP-200
		GP-300

臨床検査コンピューターシステム
各種プリンター用　ラベル

株式会社アイディエス

〒862-0938 熊本市長嶺東８－14－30

設立年月日：	1987年11月
資本金：	5,000万円
代表者名：	伊藤 照明
従業員数：	124名
E－mail：	ids@idsma.com
URL(ホームページ)：	http://www.idsma.com
工場所在地：	〒862-0938：熊本市長嶺東８－14－30
	TEL：096－380－4225
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：096－380－4225　　FAX：096－389－2077

〔展示主要商品〕

検体前処理搬送システム／IDS-880

特長：生化，血清，血液，凝固，血糖，尿，仕分けの各ラインが構築でき，省スペースで検査室にあったレイアウトが可能です。分析装置接続も数多く実績を持ち，１本搬送ですので再検も無駄なくリアルタイム処理が行えます。

〔取扱い商品〕

●検体前処理搬送システム　IDS-880
基本ユニット20ユニット以上を有し，ユニットを組み合わせることでフレキシブルに構築出来ます。お客様の仕様に合ったシステムが構築出来ます

●検体前処理システム　IDS-2000
従来の常識を変えるコンパクトサイズに，大型システム機能を凝縮した次世代型サンプルハンドラー。省スペースで検体搬入，血餅検出，栓抜，子検体供給，分注，仕分け搬出機能を標準装備。

アークレイ株式会社

〒601-8045 京都市南区東九条西明田町57

設立年月日：	昭和38年9月26日
資本金：	7億9,300万円
代表者名：	土井　茂
従業員数：	475名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.arkray.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　クリニケーションカンパニー
	TEL：075—672—6386　　FAX：075—671—8289

〔展示主要商品〕

尿分析装置／オーション　マスター

特長：尿定量項目専用の全自動分析装置。180測定/時の高速測定，検査前処理の自動化などで検査効率の向上を実現します。

〔取扱い商品〕

- 尿化学自動分析システム〈オーション〉シリーズ及び専用診断薬〈オーションスティックス
- 全自動グルコース測定システム〈グルコースオート＆スタット〉シリーズ
- 全自動グリコヘモグロビン測定システム〈ハイオート A_{1c}〉シリーズ及び専用試薬
- 全自動グリコアルブミン測定装置〈ハイオート GAA〉及び専用試薬
- 血糖自己測定器〈グルコカード〉及び専用試薬〈ダイアセンサ〉
- 血中乳酸測定器〈ラクテート Pro〉及び専用試薬
- 全自動浸透圧測定装置〈オズモスタット〉
- 自動 PSP 測定装置〈PSP オート〉
- 簡易血中アンモニア測定器〈アンモニアチェッカー〉及び〈アミテスト〉
- 全自動ドライケミストリー装置〈スポットケム〉シリーズ及び専用試薬

アジア器材株式会社

〒194-0022 町田市森野2—27—12

設立年月日：	
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役　岩佐 和彦
従業員数：	50名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒229-1124：相模原市田名49
	TEL：042—762—2703
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　本社営業部
	TEL：042—723—4670　　FAX：042—728—0163

〔展示主要商品〕

試験管／オートチューブ丸底／スピッツ

特長：オートチューブ丸底及びスピッツは，自動化学会推奨サイズの試験管（13ϕ75mm）で，バーコードを貼りやすい設計になっております。また，少量検体にも対応可能なスピッツ・タイプもございます。

〔取扱い商品〕

○サンプルカップ類　各種
○試験管類　各種
○スポイト類　各種
○喀タン処理器　各種
○検査コップ　各種
○マイクロピペット及び自動分注機用チップ　各種
○オートクレーブ滅菌処理用バッグ
○キャップレス試験管立
○キャップレス・サンプルカップ立

もっと素晴しい健康を
AZWELL

株式会社アズウェル

〒540-8575 大阪市中央区石町２－２－９

設立年月日：	昭和14年12月24日
資本金：	82億4,200万円
代表者名：	加藤　大
従業員数：	3,452名
E－mail：	azsiyaku@fa.mbn.or.jp
URL(ホームページ)：	http://www.azwell.co.jp/
工場所在地：	〒709-4321：岡山県勝田郡勝央町太平台18
	TEL：0868－38－5341
研究所所在地：	〒567-0806：茨木市庄２－24－３
	TEL：0726－22－4941　FAX：0726－24－4784
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬推進室
	TEL：06－6941－0308　FAX：06－6941－4861

〔展示主要商品〕

全自動便潜血測定装置／ヘモテクト　NS-1000

特長：○便中ヒトヘモグロビンの精密測定　○自動希釈機能　○軽量，コンパクトで高速処理（200検体／時間）　○キャリーオーバー排除　○検体の随時追加が可能　○反応キュベット洗浄方式の採用で経済的

〔取扱い商品〕

○体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）
　○生化学検査用
　　脂質，酵素，糖質，電解質，含窒素検査用各種製品
　○免疫血清検査用
　○血液検査用
　　血液凝固，血色素検査用各種製品
　○その他：免疫学的便潜血用，ウイルス検査用各種製品，尿中 HCG
○精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤，その他製品
○臨床検査機械・器具器材
　○パーソナルラボ，アッセイメイト，ヘモテクト，SR1
　○フィンピペットシステム
　○尿沈渣プレート，アズウェルディスポ製品

TOSHIBA

アボット東芝ダイアグノスティックス株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島４－１－11

設立年月日：	平成９年12月１日
資本金：	２億9,000万円
代表者名：	平野　靖
従業員数：	
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：　　FAX：

〔展示主要商品〕

自動分析装置／TBA-200FR

特長：同時100項目を最大2000テスト／時で高速処理。ロスのない試薬ピペッティング方式の操作性の良いデュアルサンプラーシステム。ランニングコストを低減するフレックスレート機能。

〔取扱い商品〕

自動分析装置　TBA-200FR，TBA-120FR，TBA-80FR　NEO²，TBA-40FR，TBA-30FR，TBA-20FR，Alcyon300，Alcyon300i

検体前処理搬送システム　TPS-600，TPS-3000

臨床検査試薬　○臨床化学検査試薬　○免疫血清検査試薬　○コントロール

ALOKA アロカ株式会社

〒181-8622 三鷹市牟礼6—22—1

設立年月日：	1950年1月20日
資本金：	45億100万円（1999年3月31日現在）
代表者名：	取締役社長　會(カイ)　正之
従業員数：	1,198名（1999年3月現在）
E—mail：	cle-sle2@am. aloka. co. jp
URL(ホームページ)：	http://www. aloka. co. jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　第五営業部　検査機器課
	TEL：0422—45—5502　　FAX：0422—45—7751

〔展示主要商品〕

検体前処理システム／免疫反応測定装置／全自動マイクロプレートEIA装置

特長：感染症やウイルスなど様々な検査用として市販されている96穴マイクロプレートEIA試薬に幅広く対応できる高度な汎用性と優れた機能を備えている全自動分析装置のほか，検体受付時の煩雑な分注処理を自動で行うバーコード対応の検体前処理システムや多機能の自動分注装置。

〔取扱い商品〕

医用電子装置，医用分析装置，汎用分析装置

MBL 株式会社医学生物学研究所

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3—5—10 住友商事丸の内ビル5F

設立年月日：	昭和44年8月23日
資本金：	10億7,560万円
代表者名：	数納 幸子
従業員数：	183名
E—mail：	miwa@mbl. co. jp
URL(ホームページ)：	http://www. mbl. co. jp
工場所在地：	〒396-0002：伊那市大字手良沢岡字大原1063—103
	TEL：0265—76—1777
研究所所在地：	〒396-0002：伊那市大字手良沢岡字大原1063—103
	TEL：0265—76—1777
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：052—971—2083　　FAX：052—950—1073

〔展示主要商品〕

自己抗体測定試薬／MESACUP-2テスト

特長：ELISA法による抗ENA抗体測定試薬がバージョンアップしました。（測定項目）抗RNP，抗Sm，抗SS-A/Ro，抗SS-B/La，抗Scl-70，抗CENP-B，抗Jo-1。

〔取扱い商品〕

機器

- 細胞診　Autocyte PREP
- 遠隔医療支援システム　AIMS, LINK
- 蛍光画像解析装置　ImageTiter®
- 病理検査業務支援システム

臨床検査試薬

- IF法　ANA，抗DNA，抗セントロメア，AMA/ASMA，ANCA
- ELISA法　ANA，抗ds/ssDNA，抗ENA，抗セントロメア，抗ミトコンドリアM_2，抗カルジオリピン，RF，ヘリコバクター・ピロリ
- 免疫比濁法試薬　「TAC-2，TAC-3，TAC-4，TAC-Lテスト」各種血漿蛋白などに対応
- 病理染色　フローサイトメトリー用など各種

A&T 株式会社 エイアンドティー

〒206-0011 多摩市関戸2—24—27 三ッ木聖蹟桜ヶ丘ビル

設立年月日：	1988年4月1日
資本金：	3億8,000万円
代表者名：	松崎 駿二
従業員数：	313名
E—mail：	info@alice.aandt. co. jp
URL(ホームページ)：	http://www.aandt. co. jp/
工場所在地：	〒023-1101：江刺市岩谷堂字松長根63—2
	TEL：0197—35—0005
研究所所在地：	
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業ユニット
	TEL：042—357—8521 FAX：042—357—8527

〔展示主要商品〕

検体搬送システム／CLINILOG

特長：Open & Thorough Integration を実現した検体搬送システム。生化，免疫血清，血液，凝固分野の各社分析装置の接続が可能。分析装置の追加変更も容易に行え検査室の真の自動化を実現します。

〔取扱い商品〕

CLAA 準拠検体搬送システム：CLINILOG
総合検査情報システム：CLINILAN NT Series　CLINILAN Eco
自動分析装置　：502X
電解質分析装置　：EA06T/R
グルコース分析装置　：グルコローダー NX，GA03T/R
液状安定化試薬　：ラボサーチシリーズ，イムノティクルスオートシリーズ

栄研化学株式会社

〒113-8408 東京都文京区本郷1—33—8

設立年月日：	昭和14年2月20日
資本金：	44億6,200万円
代表者名：	黒住 忠夫
従業員数：	719名
E—mail：	webmaster@eiken.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.eiken.co.jp
工場所在地：	〒329-0114：栃木県下都賀郡野木町大字野木143
	TEL：0280—56—1221
研究所所在地：	〒329-0114：栃木県下都賀郡野木町大字野木143
	TEL：0280—56—1221 FAX：0280-56-0443
商品問合せ先：	担当部門 ： 販売推進部
	TEL：03—3634—3989 FAX：03—3634—4706

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定装置／ルミスポット LS-2000

特長：全項目統一，20分で測定が終了します。①試験管，サンプルカップ対応（搬送接続可能）②最大8項目ランダムアクセス可能 ③最大100テスト ④検量線はカードで簡単入力 ⑤試薬情報はバーコードで自動登録 ⑥ビーズ固相法の特性を活かす新攪拌機構（反応槽加振方式）採用

尿自動分析装置／US-2100R

特長：性能とともに，扱いやすさもひときわ向上。①最大720検体／時間の高速処理 ②最大5,000検体の情報を記録可能 ③2系列シーケンス番号・ID番号・日付での検索可能 ④2系列 RS-232C 出力端子装備で多様な検査システムに対応 ⑤バーコードリーダー端子装備により ID 管理が可能 ⑦搬送システム対応可能

便潜血全自動免疫化学分析装置／OC センサーII

特長：自信の第二世代。①全自動タイプ ②1時間に180検体の高速処理 ③エンドレス・随時追加測定 ④数値化データ報告 ⑤自動読取バーコード管理（オプション） ⑥1～3日法対応出力メニュー ⑦タッチパネルの簡単操作 ⑧緊急検体割り込み対応

株式会社エスアールエル

Communication for Health

〒190-8567 立川市曙町2—41—19 安田火災立川ビル

設立年月日：	昭和45年6月16日
資本金：	112億7,148万円
代表者名：	近藤 俊之
従業員数：	3,079名（平成11年12月現在）
ラボ所在地：	〒192-0031：八王子市小宮町51
	TEL：0426—46—5911（代表）
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　広報室
	TEL：042—526—7101

〔展示主要商品〕

創立30年記念書籍「我国の臨床検査の歴史」他

特長：SRL創立30年を記念し，日本における臨床検査の歴史をまとめた成書を発刊いたします。
編集長・河合忠先生，副編集長・大場康寛先生をはじめ，各分野の10名の先生方による編集委員会での企画に基き，計57名の先生方にご執筆いただいた検査の歴史の集大成書です。
○ A4版　約400ページ（非売品）
（展示は，見本品のみで，会場での配布はいたしません。各施設へは，別途ご案内いたします。）

エム・シー・メディカル株式会社

MC MEDICAL

〒160-8355 東京都新宿区西新宿7—5—25 西新宿木村屋ビル11F

設立年月日：	平成元年10月16日
資本金：	2億円
代表者名：	有吉 純夫
従業員数：	152名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　市場開発部
	TEL：03—5330—7861　　FAX：03—5330—0499

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／スタットプロファイルフォックス

特長：pH，CO_2，O_2，SO_2%，Hct，Hb測定が70μlの試料量で，pH/血液ガスのみで40μlと微量で測定可能。ガスボンベは不要です。

〔取扱い商品〕

電解質分析装置：NOVA　CRTシリーズ
血液ガス分析装置：スタットプロファイルフォックス
血液凝固測定装置：KCシリーズ
全自動血液凝固測定装置：AMAX
赤血球沈降速度測定装置：ベスマティックシリーズ
血小板凝集能測定装置：WBAアナライザー，ヘマトレーサー
POC機器：ニコカードリーダーII，ニコカードHbA_{1c}，CRP

エム・シー・メディカルはPOC機器の取扱いを開始しました。特徴のある商品を提供し，医療に貢献します。

大塚製薬株式会社

〒101-8535 東京都千代田区神田司町２－９

設立年月日	1964年８月10日
資本金	60億円
代表者名	樋口 達夫
従業員数	5,020名
E－mail	
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒　　： TEL：
研究所所在地	〒　　： TEL：
商品問合せ先	担当部門　： TEL：　　FAX：

〔展示主要商品〕

赤外分光分析装置／UBiT-IR200

特長：簡便な操作性，迅速な測定，優れたコストパフォーマンスを求めて開発された呼気中$^{13}CO_2$分析装置です。コンパクトな設計により，ベットサイドにも設置可能です。

〔取扱い商品〕

H. Pylori 感染診断試薬

①「ウリネリザ H.ピロリ抗体」
随時尿を検体として，H. Pylori 感染のスクリーニングが可能，血清分離や検体希釈の手間を必要とせず，検査の簡便化を実施（ELISA 法）

②「ラビラン H.ピロリ抗体」
わずかな尿を迅速に診断，20分以内で判定（イムノクロマト法）

③「ヘリコチェック」
短時間に胃生検組織中のウレアーゼ活性の有無を判定（ウレアーゼ法）

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽６－３－２ イースト21タワー

設立年月日	1981年３月
資本金	10億円
代表者名	法華津 寛
従業員数	200名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.ocd.co.jp/
工場所在地	〒　　： TEL：
研究所所在地	〒　　： TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　カスタマーサービスセンター TEL：0120－03－6527　　FAX：

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

1．全自動輸血検査システム；オートビュー
日本語ソフトによる簡単操作を実現した全自動輸血検査システム。輸血検査に関わる幅広い項目を測定でき，輸血検査の高度な標準化，効率化，安全性の向上を実現します。

2．乾式全自動臨床化学分析装置；ビトロス950
多層フィルム式ドライケミストリー機器で，生化学の検査で使用できます。微量な検体量で高感度なデータが得られ，ルーチン検査，緊急検査に最適です。

3．全自動化学発光免疫測定装置；ビトロス ECi
化学発光の全自動測定機器で，癌，感染症，甲状腺疾患，婦人疾患等の検査で使用できます。全自動で測定でき，試薬の冷蔵機能や自動在庫管理機能が付いた，検査室のあらゆる省力化を可能にした装置です。

小野薬品工業株式会社

〒541-8526 大阪市中央区道修町2－1－5

設立年月日：	昭和22年
資本金：	173億5,500万円
代表者名：	上野 利雄
従業員数：	1,954名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒418-0112：富士宮市北山字東下組5221
	TEL：0544－58－2111
研究所所在地：	〒618-8585：大阪府三島郡島本町桜井3－1－1
	TEL：075－961－1151
商品問合せ先：	担当部門　：　本社試薬部
	TEL：06－6222－5551　　FAX：06－6227－1668

〔展示主要商品〕

カルシウム測定試薬(Ca)／ダイヤカラー・リキッドCa

特長：α-アミラーゼのカルシウム依存性を利用した測定法で，基質のGalG2-CNPに作用し，CNPを遊離させ測定します。調製不用の液状試薬です。

〔取扱い商品〕

総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比測定試薬（ダイヤカラー・BTR）
クレアチニン測定試薬（ダイヤカラー・リキッドCRE-S）
アミラーゼ測定試薬（ダイヤカラー・リキッドAMY）
P型アミラーゼ測定試薬（ダイヤカラー・リキッドP-AMY）
尿酸測定試薬（ウリカラー・リキッドS）
カルシウム測定試薬（ダイヤカラー・リキッドCa）

オルガノ株式会社

Ecologically Clean ORGANO

〒136-8631 東京都江東区新砂1－2－8

設立年月日：	昭和21年5月1日
資本金：	82億2,549万円
代表者名：	取締役社長　橋本　勉
従業員数：	970名
E－mail：	kiki-1@organo.co.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒300-2646：つくば市緑ヶ原2－3
	TEL：0298－47－8381
研究所所在地：	〒335-0015：戸田市川岸1－4－9
	TEL：048－446－1881　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　機器事業部 第2部
	TEL：03－5635－5191　　FAX：03－3699－7220

〔展示主要商品〕

キャビネット形純水装置／ピュアライトPRO-60

特長：RO（逆浸透膜）と純水器で構成された高品質純水装置です。送水ポンプや運転信号ケーブルなどのオプションを備えており，家電感覚で扱える手軽な純水装置です。

〔取扱い商品〕

ラボラトリ用超純水装置「ピューリックMX II」キャビネット形純水装置「ピュアライト」「ミニクリア」カートリッジ純水器「Gシリーズ」RO装置「オスモクリア」自動再生純水装置「メガサーク」「MBAシリーズ」「ストラタG」自動再生軟水装置「SATシリーズ」「SAAシリーズ」ホモジナイザー「ストマッカー」ATP測定器「OR-100」ハンディタイプ電気伝導率計「スイケンサ」自販機用浄水器「オルガノフィルター」ミクロフィルター「ミクロポア」

その他　ろ過装置　大形超純水装置　排水処理装置
水処理薬品　イオン交換樹脂　など

OLYMPUS　オリンパス光学工業株式会社

〒163-8610 東京都新宿区西新宿1—22—2　新宿サンエービル

設立年月日：	1919年（大正8年）10月12日
資本金：	408億3,200万円（1999年9月現在）
代表者名：	代表取締役社長　岸本正壽
従業員数：	5973名（1999年9月現在）
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.olympus.co.jp
工場所在地：	〒411-0943　：　静岡県駿東郡長泉町下土狩128 三島オリンパス㈱
	TEL：0559—73—1311
研究所所在地：	〒192-8512：　八王子市久保山町2—3
	TEL：0426—91—7111
商品問合せ先：	担当部門　：　オリンパス販売㈱　分析機販売部
	TEL：03—3251—9492　　FAX：03—3251—9820

〔展示主要商品〕

自動分析装置／AU5400

特長：全ユニットに試薬ピペッティング方式を採用し，処理スピード6600テスト/h（ISE付）を実現。試薬使用量とメンテナンス負担も大幅に軽減しています。

〔取扱い商品〕

自動分析装置：AU5400，AU2700，AU640，AU400
自動電気泳動装置：AES320，AES630
自動化学発光酵素免疫分析装置：SphereLight180
輸血検査用システム：ID-Micro Typing System
臨床検査システム：OLCOS600
OLCOS輸血システム
OLCOS同定支援システム
輸血実施確認システム
在庫管理サポート

organon teknika　オルガノンテクニカ株式会社

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4—14—4

設立年月日：	昭和50年12月20日
資本金：	4億6,900万円
代表者名：	K. C. クラウトボス
従業員数：	42名
E—mail：	otkk@gol.com
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部
	TEL：03—3475—2180　　FAX：03—3475—2190

〔展示主要商品〕

血液凝固検査装置　ラックローター

特長：凝固検査，合成基質法検査，免疫検査をランダムアクセスで処理する卓上型の機器です。キュベットが回転する独自の機構を採用，インサート&スキャンの簡単操作に加え，欧米での稼動実績もあり，安心と信頼の測定結果をお届けします。

〔取扱い商品〕

全自動血液培養・抗酸菌検査装置　BacT/Alert 3D
一台のシステムで血液培養検査と抗酸菌培養検査を同時に行うことができ，項目ごとに設置可能なボトル数を増減することができるため，各施設の状況に応じて最適な運用が可能です。省スペース設計で少ない検体数まで対応できます。

全自動多項目分析装置　MDA II
凝固検査，合成基質法検査，免疫検査をランダムアクセスで処理する機器です。ピアシング，液状PT試薬など高い評価を受けている従来機の機能に加え，凝固検査のメニューで新機能が追加され，関連特許取得により，本年の国際学会（ISTH）のシンポジウムで詳細が披露されました。

株式会社カイノス

〒113-0033 東京都文京区本郷2－38－18

設立年月日：	昭和50年5月1日
資本金：	8億3,141万円
代表者名：	中村 利道
従業員数：	140名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. kainos. co. jp
工場所在地：	〒309-1635：笠間市稲田字弥六内3－5 笠間西工業団地
	TEL：0296－74－4811　FAX：0296-74-4871
研究所所在地：	〒414-0055：伊東市岡字旭1274－7
	TEL：0557－36－9155　FAX：0557－36－9157
商品問合せ先：	担当部門　：　学術部
	TEL：03－3816－4480　FAX：03－3816－6544

〔展示主要商品〕

全自動EIA分析装置／「QUARTUS ImmunoCube」

特長：先行機「QUARTUS」の改良新型機。ディスポチップ，ディスポセルを使用し，キャリオーバー，セルコンタミが一切ありません。その他，測定終了予定時刻表示，自動希釈再検機能付き。

〔取扱い商品〕

1．生化学的検査試薬／各種自動分析装置用カイノスオートシリーズ，アクアオートシリーズ，1,5AG測定試薬他
2．EIA試薬／クオルタスシリーズ
3．免疫血清検査試薬／マストイムノシステムズ（アレルゲン特異IgE測定試薬），ヒタザイムクラミジアAb（クラミジアトラコマチスIgA，IgG測定試薬）ヒタザイムクラミジアニューモニエ（ニューモニエIgA，IgG測定試薬）
4．輸血検査試薬／血液型判定用抗体及び血清（ABO，Rh，その他）クームス血清，メディウム（PeG，他），赤血球試薬，その他
5．ソフト関連／診療支援エキスパートシステム「Iliad」家庭向け医療カウンセリングソフト「Medical HouseCall」

関東化学株式会社

〒103-8412 東京都中央区日本橋本町3－2－8

設立年月日：	昭和19年11月13日
資本金：	10億円
代表者名：	野澤 俊太郎
従業員数：	1,300名
E－mail：	diag-info@gms.kanto.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kanto.co.jp
工場所在地：	〒259-1146：伊勢原市鈴川21
	TEL：0463－94－8531
研究所所在地：	〒　同上
	TEL　同上　FAX：0463－94－2751
商品問合せ先：	担当部門　：　臨床検査薬部
	TEL：03－3667－8061　FAX：03－3667－6891

〔展示主要商品〕

便潜血検出試薬及び専用装置／ヘモゴールド50／HGS180

特長：糞便中ヒトヘモグロビンを金コロイドイムノクロマト法により，1ステップ5分間で検出する，専用全自動機・用手法兼用キットです。採便管は使い易さ・安全性を追求した独自のロック構造を採用しています。

〔取扱い商品〕

臨床検査薬：臨床検査用キット試薬，自動分析装置用試薬（汎用及び日立，東芝，日本電子，オリンパス，島津製作所，専用試薬等各種分析装置用試薬），コントロール血清，培地及び素材，嫌気培養システム，血液培養システム，簡易迅速キット，食品細菌用キット，家族計画用試薬，病理用染色試薬，日立8200用染色試薬

試薬：一般試薬，生化学用試薬，超高純度試薬，各種用途別試薬，各種クロマトグラフィー用試薬，酵素，補酵素，モノクローナル抗体，標準菌株，各種免疫関連試薬（ICN社製），環境分析用試薬，その他特殊用途試薬

電子工業用薬品：電子工業用薬品，薬品自動供給装置

化成品：液晶中間体，食品添加物，化成品

機材：パイレックス製品，精密分注製品（ブランド社製），バイオ関連機器，薬品管理支援システム

協和メデックス株式会社

KYOWA

〒104-0042 東京都中央区入船2－1－1

設立年月日：	昭和56年4月1日
資本金：	7億5,000万円
代表者名：	岡 徹夫
従業員数：	306名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.kyowamx.co.jp
工場所在地：	〒411-0932：静岡県駿東郡長泉町南一色600－1
	TEL：0559－88－6000
研究所所在地：	〒411-0932：静岡県駿東郡長泉町南一色600－1
	TEL：0559－88－6000　FAX：0559－88－6005
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部・営業部
	TEL：03－3297－8103　FAX：03－3297－8114

〔展示主要商品〕

糖尿病検査項目分析装置／DM-JACK（Glu・HbA_{1c}・1,5-AG）

特長：同一採血管から蓋の開栓の必要なしで3項目同時に測定。180テスト/hr。専用台つきで移動自由。オプションバーコード対応。搬送にも接続可。血糖値に応じてHbA_{1c}を自動測定することも可能。糖尿病診療前検査に利用

〔取扱い商品〕

1 生化学関連試薬
　デタミナー　L(液状タイプ) 高脂血症検査試薬　糖尿病検査試薬
　　腎疾患検査試薬　酵素活性測定試薬，他

2 免疫化学関連試薬
　ケミルミ　化学発光免疫測定法（ACS-180専用・Centaur 専用）
　エクステル　ラテックス免疫測定法（EL-1060用・EL-1200用・EL-2030用）（便潜血用）

3 感染症関連試薬　プレート EIA（ELISA 法）
　　デタミナー　TBGL抗体，イディアPCEクラミジア，他

4 機器　ACS-180SE，AP-960，EL-1060，EL-1200，EL-2030，HM-JACK，DM-JACK，DM-JACK II　AP-1　Centaur

KUBOTA 久保田商事株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3－29－9

設立年月日：	昭和37年3月12日
資本金：	5,000万円
代表者名：	久保田 史彦
従業員数：	
E－mail：	sales@kubotacorp.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kubotacorp.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03－3815－1331　FAX：03－3814－2574

〔展示主要商品〕

自動ハンドリング遠心機／モデル4900

特長：検査室の前処理で手間の掛かる遠心処理を自動化する自動遠心機です。重量測定やバランス配置計算はコンピュータで自動計算するので，バランス調整が不要となり，採血管の本数は任意の本数でも運転できます。

〔取扱い商品〕

KUBOTA ブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売と，ガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販売しています。遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナップで，ますます多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

取り扱い商品は，下記のとおりです。

自動ハンドリング遠心機，ハイスピード冷却遠心機，大容量冷却遠心機，ハイキャパシティ遠心機，ユニバーサル冷却遠心機，テーブルトップ遠心機，パーソナル冷却遠心機，卓上小型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心機，免疫血液学用遠心機，超音波発生装置，ガラス器具用全自動洗浄機各種，その他の理化学機器

Kowa 興和株式會社

〒460-0003 名古屋市中区錦3－6－29

設立年月日：	昭和14年11月
資本金：	38億4,000万円
代表者名：	三輪 芳弘
従業員数：	2,100名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒443-0041：蒲郡市宮成町13－35
	TEL：0533－68－2171
研究所所在地：	〒305-0856：つくば市観音台1－25－5
	TEL：0298－36－4611　FAX：0298－36－4609
商品問合せ先：	担当部門　：　営業第三課
	TEL：03－3279－7514　FAX：03－3279－7541

〔展示主要商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置／PA-20

特長：1．高感度測定で濁度法の約100倍の測定が可能。
2．活性化血小板の自然凝集の測定が可能。
3．粒度分布凝集塊の大きさと数が測定できる。
小凝集，中凝集，大凝集塊形成過程が客観的にわかります。
4．従来の濁度方式も同時測定。

〔取扱い商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置　PA-200
高感度混入白血球計数装置　LD-2000
8チャンネル多機能血小板凝集自動測定装置
細胞マイクロレオロジー測定装置　MCFAN

国際試薬株式会社
INTERNATIONAL REAGENTS CORPORATION

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2－1－30

設立年月日：	1969年12月16日
資本金：	26億5,000万円
代表者名：	小林　博
従業員数：	324名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.irc-net.co.jp
工場所在地：	〒651-2271：神戸市西区高塚台4－3－2
	TEL：078－991－2211
研究所所在地：	〒651-2241：神戸市西区室谷1－1－2
	TEL：078－991－2212
商品問合せ先：	担当部門　：　国際試薬カスタマーサポートセンター
	TEL：078－231－9321　FAX：078－232－0548

〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫測定装置／エルジア・F1200

特長：(1)全自動タイプ　(2)12項目同時測定，180テスト／時間の処理能力
(3)リアルタイムランダムアクセス

〔取扱い商品〕

■臨床検査試薬

血液凝固・線溶関係試薬：PT，APTT，フィブリノゲン，因子欠乏血漿，複合因子T，H，AT-Ⅲ，FDP，PLG，PIC，TAT，Dダイマー，TM，ほか

輸血検査関係試薬：血液型判定用血清（ABO式，Rh式，ほか），クームス血清，ほか

血清学関係試薬：CLOテスト，ほか

酵素免疫測定用試薬：エルジア・Fシリーズ（HBV測定用，HCV測定用，分子マーカー，ほか）

生化学関係試薬：自動分析機用，コントロール血清，ほか

■臨床検査用機器

血液凝固分析装置：コアグレックス700，コアグレックス800

酵素免疫測定用機器：エルジア・F750

株式会社コスモテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3－7－11

設立年月日：	昭和62年12月10日
資本金：	1,000万円
代表者名：	前田 義雄
従業員数：	8名
E－mail：	cosmotec@intacc.ne.jp
URL(ホームページ)：	http://www.intacc.ne.jp/HP/cosmotec/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03－5687－5787　　FAX：03－5687－5980

〔展示主要商品〕

自動分注装置付DNA増幅装置／M B Station Multi 96

特長：96穴PCRプレートに試薬，試料を指定の列に効率よく分注し，DNA増幅を自動的に処理します。加熱速度は2℃/秒，冷却速度は1℃/秒で，正確かつ再現性の高いサーマル・サイクリングが可能です。

〔取扱い商品〕

- ■自動分注装置付DNA増幅装置 ―― M B Station Multi 96
- ■ヘモグロビン A_{1c}測定用前処理装置
  - BISTEQUE 106
  - BISTEQUE 105A
- ■自動分注希釈装置
  - BISTEQUE 201
  - BISTEQUE 202
  - BISTEQUE 203
  - BISTEQUE 601
  - BISTEQUE 701
- ■自動検体処理装置 ―― BISTEQUE 105
- ■96.384ウェル同時自動分注装置
  - H T Station 500
  - H T Station 1000
  - H T Station 1200
- ■バルクチップ自動充塡機 ―― CELTEQVE 970

小林記録紙株式会社

〒448-8656 刈谷市小垣江町北高根115

設立年月日：	昭和21年4月1日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	小林 祥浩
従業員数：	1,800名
E－mail：	iryou@kobayashikk.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kobayashikk.co.jp
工場所在地：	〒448-8656：刈谷市小垣江町北高根115
	TEL：0566－26－5310
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療事業部
	TEL：052－222－3121　　FAX：052－222－7135

〔展示主要商品〕

ラベルプリンター／KP-100

特長：検体ラベルやカルテメモの発行に最適のラベルプリンターです。従来の機器に比べて小型で，印字スピードもMax150mm/秒と高速です。全国で300以上の医療施設でご使用いただいている実績があります。

〔取扱い商品〕

1．システム開発
- ・臨床検査システム（WinNT）　・院内在庫管理システム
- ・バーコードラベル発行システム

2．臨床検査自動化システム用各種装置
- ・検体ラベルプリンター　KP-100，KP-500，ip-100
- ・検体ラベル自動貼付装置　VL-150

3．医療用コンピュータ用紙，OMR・OCR用紙，検体用ラベル各種，各種カード，医療用記録紙

SATO 株式会社サトー

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1—15—5

設立年月日：	昭和26年5月16日
資本金：	47億1,419万円
代表者名：	藤田 東久夫
従業員数：	1,285名（2000年3月31日現在）
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sato.co.jp/
工場所在地：	〒024-0102：北上市北工業団地1—25
	TEL：0197—66—4801
研究所所在地：	〒331-0043：大宮市大成町1—207
	TEL：048—663—8116　FAX：048—651—6662
商品問合せ先：	担当部門　：　国内営業本部営業部
	TEL：03—5449—4410　FAX：03—5449—4464

〔展示主要商品〕

4インチ・ラベルプリンタ／L' esprit ET／ER 400・410シリーズ

特長：リストバンドによる患者さんID識別システムをはじめ，医療現場の安心を支える各種バーコードシステムを出展します。またEAN-128コード活用による医療材料物流効率化支援システム，および院内オーダーリングシステムに対応した各種業務（受付，検体，処方箋，カルテ管理等）の省力化・効率化支援システムを出展します。

〔取扱い商品〕

リストバンド発行・管理システム
EAN-128・物流効率化支援システム
受付・再診予約発行システム
検体ラベル発行システム
カルテラベル発行システム
処方箋，薬袋ラベル発行システム
カラーラベル発行システム
医材管理システム

三共株式会社

〒103-8426 東京都中央区日本橋本町3—5—1

設立年月日：	大正2年3月1日（創業明治32年）
資本金：	552億円（平成11年9月現在）
代表者名：	髙藤 鉄夫
従業員数：	6,802名（平成11年9月現在）
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	8ヵ所
	TEL：
研究所所在地：	12ヵ所
商品問合せ先：	担当部門　：　医療品部 営業グループ
	TEL：03—3562—7506　FAX：03—3562—7507

〔展示主要商品〕

病理標本自動封入装置／オート・スリッパー300

特長：1　組織診と細胞診標本の両用自動封入装置。2　CCD型イメージセンサーを利用して，カバーガラスの大きさの自動選択と封入位置の自動調整が可能。3　コンピュータによる封入動作の設定が可能。4　キシレンガス脱気装置の装着が可能。

〔取扱い商品〕

I．臨床検査薬
　AT III・PLG・α_2-PIオート「三共」，ピロリテックテストキット，hcGテスト「三共」，尿検査試薬，PT・APTT・Fib試薬，FDP，Dダイマー，TBテスト「三共」，HPテスト「三共」
II．臨床検査用機器
　コアグマスターII，コアグーA-メイトMTX，ラックローター，MDA II，DCA2000，デキスターZ II，アントセンスII，クリニテック類
III．病理検査用機器
　オート・スリッパー300，VIPM1500/M3000，TEC IV，リニアスティンII，クライオ2000，DRS2000S
IV．生体検査用機器　TOFウォッチ
V．器材類　エンドサイト，マルチロードCU250，包帯，手術用手袋

三光純薬株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1—10—6

設立年月日：	1954年5月26日
資本金：	52億6,248万円
代表者名：	代表取締役社長 渡辺 瞭
従業員数：	260名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒300-1155：茨城県稲敷郡阿見町吉原3862—12
	TEL：0298—89—2241
研究所所在地：	〒300-1155：茨城県稲敷郡阿見町吉原3862—12
	TEL：0298—89—2241　FAX：0298—89—2104
商品問合せ先：	担当部門　：　薬事学術部
	TEL：03—3851—1672　FAX：03—3864—5644

〔展示主要商品〕

電気化学発光免疫測定装置／ピコルミ8220

特長：電気化学発光を原理として用いた，免疫自動測定装置

〈取扱い商品〉

〈試薬〉 ピコルミ PIVKA-II，エイテスト PIVKA-II，エイテスト KL-6，エイテスト CA・RF，クリニサーチ CA・RF，エイテスト IgGRF，キャプチャー R レディ・スクリーン，キャプチャー R レディ・ID，バイオクリット HBs，バイオクリット抗 HBs，ニューセロクリットシリーズ(HBs，抗 HBs，抗 HTLV-I，TP)，トロンボテストオーレン，ヘパプラスチンテスト，サンテスト液状シリーズ，アルブシュア，片山 AU シリーズ，EXA リキッドコントロール，セパジーンシリーズ，正常ヒト細胞シリーズ，FBS，エスクロンシリーズ，ディフコ培地

〈機器・器具〉 ピコルミ8220，サンオート，SGR シリーズ，サンサーモミニ，サンサーモ PCR，フォト B-H メーターV型

CNA 株式会社 CNA

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2—3—7サンエフビル8F

設立年月日：	平成8年2月6日
資本金：	4億1,840万円
代表者名：	河野 実良
従業員数：	105名
E—mail：	cna@ CNA-Net.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.cna-net.co.jp
工場所在地：	〒812-0011：福岡市博多区博多駅前2—3—7 サンエフビル8F
	TEL：092—476—1121
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：092—476—1121　FAX：092—476—1131

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／CNA—Net 検査

特長：医療品質や患者サービス，受診者サービスの向上を目指して，各システムを単独で運用させることはもちろん，必要なシステムを組み合わせることによって，ユーザー独自の総合システムを構築することができます。

〔取扱い商品〕

○検査システム（生化学，血清，血液，尿一般）
○病理検査システム
○細菌検査システム
○輸血検査システム
○医療画像システム
○生理検査システム
○健診情報システム
○電子カルテシステム

シオノギ製薬

〒541-0045 大阪市中央区道修町3－1－8

設立年月日：	大正8年6月5日
資本金：	212億7,924万円
代表者名：	代表取締役社長　塩野 芳彦
従業員数：	6,704名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒566-0022：摂津市三島2－5－1
	TEL：06—6381—7343
研究所所在地：	〒553-0002：大阪市福島区鷺洲5－12－4
	TEL：06—6458—5861
商品問合せ先：	担当部門　：　診断医学事業部　診断薬部
	TEL：06—6381—7343(内)5535FAX：06—6382—4045

〔展示主要商品〕

全自動アレルギー検査装置／ルミワードイムノアッセイシステム

特長：化学発光免疫測定法を用いた全自動ランダムアクセスの特異IgE・総IgE同時測定検査装置。25μl以下の少ない検体量で約1時間で測定。特異IgEの検出感度は0.06IU/mlと高感度・高精度の結果が得られる。

シグマ アルドリッチ ジャパン 株式会社

SIGMA-ALDRICH

〒103-0004 東京都中央区東日本橋1－1－7東日本橋スカイビル

設立年月日：	1986年6月5日
資本金：	2億円
代表者名：	張　恒雄
従業員数：	62名
E－mail：	sialjpts@sial.com
URL(ホームページ)：	http://www.sigma-aldrich.com/japan
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　テクニカルサポート
	TEL：03—5821—3588　　FAX：03—5821—3590

〔展示主要商品〕

精度管理用プログラム／COMPUTROL on Line

特長：コンピュトロール　オンラインは，シグマ社が提供するウエブサイトQCプログラムです。シグマ社のコントロール精度管理結果をワールドワイドベースで迅速にモニターすることができます。

〔取扱い商品〕

- ACCUMARK™　TDM・サイロイド　コントロール
  液状の3濃度TDM・サイロイドコントロールです。
- ACCUCLDT™　リファレンスプラズマ
  WHO，CAPスタンダードに対して値づけされた血液凝固検査用リファレンスプラズマです。
- ACCUTROL™　コントロール
  一般の生化学検査用コントロールでアッセイ値有・無の2種類があります。
- LIN-TROL®　直線性管理用コントロール
  高濃度コントロール及び希釈系列コントロールにより各種項目の直線性をチェックすることができます。
- その他各種測定パネル別コントロールが用意されています。

Sysmex シスメックス株式会社

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1

設立年月日：	昭和43年2月20日
資本金：	33億8,490万円
代表者名：	取締役社長 家次 恒
従業員数：	1,253名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sysmex.co.jp
工場所在地：	〒675-0011 ：加古川市野口町北野314－2 〒675-1322 小野市匠台17
	TEL：0794－24－1171(加古川工場) TEL 0794-62-7001(小野工場)
研究所所在地：	〒651-2271：神戸市西区高塚台4－4－4
	TEL：078－991－1911 FAX：078－991－1917
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業本部 販売推進部
	TEL：078－265－0513 FAX：078－265－0529

〔展示主要商品〕

総合血液学検査システム／HSトランスポーテーションシステム

特長：血球計数，白血球分類，網赤血球・有核赤血球測定，塗抹標本の作製染色をオーダーに従って連続で自動処理できる総合的な血液検査システムであり，血液検査の効率化に有用である。

〔取扱い商品〕

総合血液学検査システム
多項目自動血球分析装置
自動網赤血球測定装置
多項目自動血球計数装置・自動血球計数装置
全自動尿中有形成分分析装置
全自動血液凝固測定装置・凝固試薬
免疫凝集測定装置・PAMIAシリーズ専用試薬
臨床検査情報システム
血液検査用データ処理装置
尿検査用データ処理装置
血液細胞画像ファイリングシステム
血液ガス分析装置・電解質分析装置

島津エス・ディー株式会社

〒604-8435 京都市中京区西ノ京三条坊町2－11

設立年月日：	1985年4月22日
資本金：	4,000万円
代表者名：	北村 昱
従業員数：	161名
E－mail：	info@shimadzusd.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.shimadzusd.co.jp
工場所在地：	〒604-8435：京都市中京区西ノ京三条坊町2－11
	TEL：075－841－9112
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 第1技術部 第3課
	TEL：075－841－9193 FAX：075－812－8288

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／LAPIS

特長：ドクター支援，看護支援機能が標準機能。インターネット用ブラウザ（IE 4.0以降）により簡単に操作ができます。クライアント台数は規模に合わせて1台から30台まで対応できます。

〔取扱い商品〕

・診察予約システム〔MERSYS（メルシス）〕
・島津製MR，CT装置のMO記録画像読み込みアプリケーション〔Pic-MōA（ピクモア）〕
・臨床検査システム〔クリニケアlight〕

株式会社 常光

〒113-0033 東京都文京区本郷3—19—4

設立年月日：	昭和23年12月9日
資本金：	1億5,000万円
代表者名：	服部 精一
従業員数：	320名
E—mail：	mail@jokoh.com
URL(ホームページ)：	http://www.jokoh.com
工場所在地：	〒439-0037：静岡県小笠郡菊川町西方154
	TEL：0537—36—1577
研究所所在地：	〒213-8588：川崎市高津区宇奈良731—1
	TEL：044—811—9211　FAX：044—811—9209
商品問合せ先：	担当部門　：　第一営業本部
	TEL：03—3815—1717　FAX：03—3815—1759

〔展示主要商品〕

ポータブル血液ガス・電解質・ヘマトクリット分析装置／アーマ2000

特長：ディスポ式カートリッジセンサーによる血液ガス・電解質・ヘマトクリット同時測定装置です。センサーは室温保存なので開封後すぐに測定できます。またバッテリー電源によりどこへでも持運び測定可能です。

〔取扱い商品〕

●全自動電気泳動装置：CTE-8000，CTE-1800，CTE-780
●全自動アイソザイム・蛋白分画電気泳動装置：ALC-760
●血液ガス・電解質・ヘマトクリット同時測定装置：センデックス-100
●ポータブル血液ガス・電解質分析装置：アーマ2000
●血液ガス分析装置：JBA-200，GS-10
●電解質分析装置：Na^+，K^+，Cl^- アナライザ　EX-2000，EX-180
バイオライト2000
Na^+，K^+，Li^+ アナライザ　EX-180L，IS-50L
●自動赤沈計：JOS-60，JOS-15（ウエスターグレン法）
モニターS，モニターJ，マイクロセッド（レート変法）
●リポ蛋白分画精密測定試薬キット：リポフォー
●便潜血測定試薬キット：ヘモゴールド50　自動機　HGS-180
●デンシトメーター：可視・反射研究用　20HR，蛋白分画用　CR-20

SUZUKI スズキ株式会社

〒432-8611 浜松市高塚町300

設立年月日：	1920年3月
資本金：	855億2,401万円
代表者名：	鈴木 修
従業員数：	14,760名
E—mail：	mspg@yrd.suzuki.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.suzuki.co.jp
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒224-0046：横浜市都筑区桜並木2—1
	TEL：045—943—7111　FAX：045—943—7100
商品問合せ先：	担当部門　：　医療・科学機器グループ
	TEL：045—943—7111　FAX：045—943—7100

〔展示主要商品〕

全自動マイクロプレート EIA 装置／EP-one

特長：EP-one は新型の全自動マイクロプレート測定装置です。項目毎に任意に処理手順が設定可能で ELISA 法試薬に汎用的に対応します。また，ディスクトップタイプのコンパクトボディーは設置場所を選びません。

〔取扱い商品〕

全自動マイクロプレート EIA 装置　MAOS2

住友製薬

〒541-8319 大阪市中央区道修町2－2－8

設立年月日：	昭和59年2月6日
資本金：	80億円
代表者名：	横塚 実亮
従業員数：	2,100名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒567-0878：茨木市蔵垣内1－3－45
	TEL：0276－27－8112
研究所所在地：	〒554-0022：大阪市此花区春日出中3－1－98
	TEL：06－466－5183
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬機器部
	TEL：03－5280－6641　FAX：03－5280－6640

〔展示主要商品〕

液状免疫コントロール血清／アクエック-10

特長：I．液状なので溶解誤差がなく，無駄なく使用できる。II．長期間安定です。III．10項目（RF および ASO を含む）がコントロールされています。

〔取扱い商品〕

I．液状免疫コントロール血清：アクエック-10
　　アクエック-タイプII
II．骨代謝マーカー測定キット：オステオリンクス「DPD」
　　オステオリンクス「BAP」
III．梅毒血清診断用キット　：カーボン法抗原キット〈住友〉
　　カーボン法抗原〈住友〉
　　ガラス板法抗原
　　凝集抗原
IV．ベックマン試薬　：ASTRA 用試薬
　　Array 用試薬
　　CX-3，4，5，7用試薬
　　E3A，E4A 用試薬
　　EL-ISE 用試薬

SEFATEC　セファテクノロジー株式会社

〒573-1191 枚方市新町1－12－1

設立年月日：	1983年6月
資本金：	8,700万円
代表者名：	谷口　佳範
従業員数：	80名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sefatec.co.jp
工場所在地：	〒613-0034：京都府久世郡久御山町佐山新開地74－1
	TEL：0774－46－2371
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部　岸森重則まで
	TEL：0774－46－2371　FAX：0774－46－2381

〔展示主要商品〕

赤沈自動測定装置／SESR-2001-20

特長：⊙小容量の採血でも測定可，小児科領域で使用可能です。
⊙短時間で測定が終了し，随時追加測定が可能です。
⊙国際標準法と良好な相関を示します。又，ESR 以外の付加情報が取得可

〔取扱い商品〕

医療機器システム
- 検体検査受付システム　SKUS-2000
- 血清量自動測定装置 SS-2000
- ナース支援システム
- 自動赤沈計　SESR-2001-20/40/60

産業機器システム
- LCD 関連製造装置
- 半導体製造装置
- 各種検査測定システム
- 各種搬送仕分システム
- 各種生産管理システム

株式会社セントラル科学貿易

〒111-0052 東京都台東区柳橋1－8－1

設立年月日：	昭和42年6月20日
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役　下田 孝一郎
従業員数：	
E－mail：	tokyo@cscjp.co.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業2部
	TEL：03—5820—1509　　FAX：03—5820—1515

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

○高速電解質分析装置　PVA-αIII
○全自動電解質分析装置　PVA-EXT/R
○ APEC　グルコースアナライザー
○小型血糖分析装置　Sensimac
○高精度分析装置　Digiflex TP（アベルケンダル用）
○空中浮遊菌採取装置　RCS エアーサンプラー
○小型ヘマトクリット用遠心機　HemataSTAT II
○プレートリーダー，ウォッシャー
○細胞破砕システム　ポリトロン，ブランソン
○微量送液ポンプシステム
○尿用試験紙
○ランセット
○ディスポ製品

株式会社ダイアヤトロン

〒101-0031 東京都千代田区東神田2－1－11

設立年月日：	昭和56年8月22日
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役社長 内藤　修
従業員数：	243名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　学術部
	TEL：03—3863—6259　　FAX：03—3863—6278

〔展示主要商品〕

全自動免疫血清検査システム／LPIA-A700

特長：LPIA システムの新機種。LPIA 法，TIA 法，比色法に加え，新たに TR-FIA 法（時間分解免疫測定法）を導入しました。TR-FIA 法の導入により，pg から mg の広範囲測定を1台の装置で可能としました。

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　ヤトロン社製　キット・自動分析機用検査試薬
■全自動免疫血清検査システム　三菱化学社製　LPIA システム，DPC 社製　イムライズ・イムライズ2000
■血液凝固測定装置　IL 社製　ACL Futura Plus・ACL200/1000/7000
■分析用器具　ドイツ・エッペンドルフ社製　ピペット・遠心分離機・他
■分析用機械　ヤトロン社製　TLC/FID イアトロスキャン
■その他　研究用試薬・病理検査用各種抗体・細胞凍結保存液・他

第一化学薬品株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋3－3－15

設立年月日：	昭和22年7月10日
資本金：	12億7,525万円
代表者名：	橋浦 十八
従業員数：	654名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒301　：竜ヶ崎市向陽台3－3－1
	TEL：0297—62—7551
研究所所在地：	〒301　：竜ヶ崎市向陽台3－3－1
	TEL：0297—62—7551
商品問合せ先：	担当部門　：　学術企画部　学術担当
	TEL：03—3272—0681　FAX：03—3281—0510

〔展示主要商品〕

血清中HDL-コレステロール測定用試薬／コレステストN　HDL

特長：①高グロブリン検体や高TG検体でも正確に測定できます。
②Mg^{2+}などの金属イオンを含みません。
③Bilの影響を受けません。

〔取扱い商品〕

○脂質関連試薬：コレステストN　HDL，LDL，アポA-I，A-II，B，C-II，C-III，E，Lp(a)，LCAT　他
○生化自動分析用試薬：ピュアオートS，(TG，GLU，CRP，CHO，CRE)
○凝固線溶測定項目：(測定装置) コアグレックス800
(試薬) テストチームS　AT III，APL，PLG，プロテインC　他
○TDM関連試薬：ディーアールアイ（テオフィリン，ジゴキシン，フェノバルビタール，カルバマゼピン，バルプロ酸フェニトイン）
○感染症関連試薬：インフルエンザOIA
○消化器関連試薬：クォンティプレックスHCV-RNA，HBV-DNA，パナッセイIV・C，アクアオートカイノスTBA試薬

株式会社第一器業

DAICHI

〒114-0024 東京都北区西ヶ原3－25－1

設立年月日：	昭和47年6月15日
資本金：	2,000万円
代表者名：	片桐 孝子
従業員数：	18名
E－mail：	dai-1@bd5.so-net.ne.jp
URL(ホームページ)：	http://www.dai-1.co.jp/
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒300-3261：つくば市花畑1－15－19
	TEL：0298—64—4311　FAX：0298—77—1262
商品問合せ先：	担当部門　：　本社／北区西ヶ原3－25－1
	TEL：03—3918—5496　FAX：03—3917—6062

〔展示主要商品〕

マルチ人工タンパク質／リピジュア「BLシリーズ」

特長：①リン脂質系高分子を原料としている完全合成のマルチ人工蛋白質です。
②分子量及び親水/疎水の比率を自由にコントロールできます。
③ロット間差や交差反応がなく，変性しません。

〔取扱い商品〕

- 「CRYSTAL 1」バーコード・レーザープリンティングシステム
レーザービームによりインクを吹きとばすという発想によりスライドガラスに消えないバーコードが従来からの問題点をすべて解消しました。どんな溶剤にもどんな染色液にも使用可能です。連続的に連番バーコードや日付などをプリントするシステムです。
- 「CRYSTAL 1」バーコード・スキャンニングシステム
バーコード自動読込後必要情報の自動印字及びマッペ間の仕分けやキャリアへの収納を行うシステムです。また，ハンディーターミナルとパソコンの連携により迅速かつ正確な検索機能がプラスされました。

DAISEN SANGYO 大扇産業株式会社

〒534-0021 大阪市都島区都島本通1—15—17

設立年月日：	1963年
資本金：	8,000万円
代表者名：	代表取締役　合田 昭男
従業員数：	24名
E—mail：	daisentk@dc.mbn.or.jp
URL(ホームページ)：	http://www.daisen-sangyo.co.jp.
工場所在地：	〒930-0401：富山県中新川郡上市町広野新269
	TEL：0764—73—0336
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル事業部
	TEL：03—3985—3466　　FAX：03—3985—3477

〔展示主要商品〕

自動開栓装置／ARD シリーズ

特長：ゴム栓タイプ真空採血管のゴム栓を自動で開栓します。開栓時の血清等の飛散や検体間のコンタミを防止します。

〔取扱い商品〕

〈検体前処理システム〉

○自動分注装置（LTA-III）

○自動開栓装置（APN シリーズ）　フィルム栓用（卓上型含む）

（ARD シリーズ）　ゴム栓用・プラスチック栓（ヘモガード）用（卓上型を含む）

○自動検体シーラー（ATS100）

○検体自動仕分装置（HANDSOME／ハンサム）

〈成形品〉

○分注用ロングチューブ

○シーラー用テープ

○ピペッティングチップ（200μ，1000μ，3500μ）

○検査用各種チューブ

ダイナボット株式会社

DAINABOT

〒106-8535 東京都港区六本木1—9—9 六本木ファーストビル

設立年月日：	昭和58年9月1日（創業 昭和37年2月15日）
資本金：	22億6,646万円
代表者名：	ダグラス・シー・ブライアント
従業員数：	約1,200名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒270-2214：松戸市松飛台278
	TEL：047—385—2211
研究所所在地：	〒270-2231：松戸市稔台344
	TEL：047—362—2177
商品問合せ先：	担当部門　：　カストマーサポートセンター
	TEL：0120—031441　　FAX：

〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置／ARCHITECT i2000

特長：CLIA 法（ケミフレックス）を採用した最新の分析装置。1時間当たり200テストの処理能力，最大25項目のランダムアクセスなど多くの特徴を有しています。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査「ARCHITECT i2000アナライザー」

■全自動総合血液学分析装置セルダインシリーズ

(1)セルダイン4000（白血球5分類を含む27項目に対応）

(2)セルダイン3700（　　〃　　22項目に対応）

(3)セルダイン3200（　　〃　　〃　　）

(4)セルダイン1700（白血球3分類を含む18項目に対応）

(5)セルダイン1200（　　〃　　〃　　）

■簡易測定シリーズ

(1)メディセンス　プレシジョン QID（SMBG：血糖測定装置）

(2)アイ・スタット（血液ガス，電解質等の POC 検査に好適）

ダコ・ジャパン株式会社

DAKO

〒600-8493 京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル

設立年月日：	1987年9月16日
資本金：	8,000万円
代表者名：	代表取締役社長 小畑 勝利
従業員数：	50名
E—mail：	cs-dakoj@mail.dako.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nisiq.net/~dakoj/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒600-8493：京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル
	TEL：075—211—3655　FAX：075—211—1755
商品問合せ先：	担当部門　：　特販部
	TEL：03—5256—6436　FAX：03—5256—6431

〔展示主要商品〕

免疫組織染色用自動染色装置，各種ポリクローナル／モノクローナル抗体，OEM・バルク用免疫学診断用及び研究用試薬

〔取扱い商品〕

- 免疫組織化学染色用機器
- 免疫組織化学染色用試薬（EPOS，ENVISION システム，LSAB 法，CSA 法等関連試薬）
- OEM 及びバルク抗体　●フローサイトメトリー関連試薬
- 遺伝子関連試薬（PNA プローブ，CSA-ISH 法，アポトーシス関連，サザンブロッティング法）
- ELISA 用キット，コントロール血清及びキャリブレーター類
- 比濁法及びネフェロメトリー関連試薬及び特異抗体
- 各種自動分析機用の免疫関連試薬
- グレーバー・ウィリアムス法，免疫沈降法，ロケット電気泳動法及び免疫固定法等関連試薬及び特異抗体

デイド ベーリング株式会社　DADE BEHRING

〒164-8721 東京都中野区本町1—32—2 ハーモニータワー27F 南館

設立年月日：	平成6年9月22日（合併は平成10年4月1日）
資本金：	22億5千8百万円
代表者名：	代表取締役社長　坂野 弘太郎
従業員数：	約280名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒270-1407：千葉県印旛郡白井町名内340—2
	TEL：0474—97—1800　FAX：0474—98—1028
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部
	TEL：03—5352—6201　FAX：03—5352—6330

〔展示主要商品〕

デイドベーリング株式会社は，免疫化学，生化学，細菌，血中薬物，感染症と各分野で高い評価をいただいており，広い分野をカバーする総合サービスを目指します。

〔取扱い商品〕

全自動細菌検査システム：WalkAway™-96，WalkAway™-40，autoSCAN®-4

全自動免疫化学分析システム：Behring Nephelometer II
Behring Nephelometer Analyzer
Behring Nephelometer 100
BN ProSpec™

臨床化学自動分析システム：Dimension® RxL
Dimension® ARx
aca star™

全自動 ELISA 分析システム：Behring ELISA Processor III

自動化学発光酵素免疫分析装置：SphereLight 180

自動免疫蛍光測定システム：OPUS Analyzer

●TECAN. テカン ジャパン株式会社

〒183-0023 府中市宮町1—40

設立年月日：	1992年4月21日
資本金：	5,000万円
代表者名：	赤塚 重治
従業員数：	28名
E—mail：	info@tecan.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.tecan.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　クリニカル　ダイアグノスティクス
	TEL：大阪支社 06-6305-8511 東京支社 042-369-9271　FAX：大阪支社 06-6305-3167 東京支社 042-369-9274

〔展示主要商品〕

ハイスループット スクリーニング ロボット／ジェネシス ワークステーション

特長：実験台に収まるミニサイズ・スクリーニングロボットです。
基本装置の搬送アーム付ジェネシス RSP に各種デバイスをアッセンブルして，吸光，蛍光，化学発光の3タイプ，またはご要望によって特注のシステムをご提供致します。

〔取扱い商品〕

- ●（ミニサイズ）ハイスループット スクリーニング ロボット
  Genesis Workstation（ジェネシス ワークステーション）
- ●ハイスループット スクリーニング ロボット
  TRAC
- ●ミニ サンプル プロセッサー
  MiniPrep（ミニプレップ）
- ●サンプル前処理自動化システム
  ジェネシス シリーズ
- ●マイクロプレートウォッシャー
  Columbus（コロンブス）

株式会社テクノメディカ

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5—5—1

設立年月日：	昭和62年9月8日
資本金：	1億8,500万円
代表者名：	實吉 繁幸
従業員数：	113名
E—mail：	techno@iris.or.jp
URL(ホームページ)：	http://www.iris.or.jp/~techno/index.html
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒224-0041：横浜市都筑区仲町台5—4—9
	TEL：045—948—5901
商品問合せ先：	担当部門　：　営業（直通）045—948—1984
	TEL：045—948—1961　FAX：045—948—1962

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC・ROBO-585

特長：採血情報に基づき自動的に採血管を選択してラベルを印刷，貼りつけして1患者ごとにトレイに準備できます。高速処理能力，豊富なオプションがあり，シェアは80%あります。

〔取扱い商品〕

オールインワン型採血管準備システム；BC・ROBO-585
ネットワーク型自動採血管準備装置；BC・ROBO-580
採血台搬送整理番号表示システム
自動検体仕分け装置　SS・ROBO-800
ハルンカップラベラ；HARN-570
自動尿分取装置；UA・ROBO-600A/B
一般検査前処理システム；UA・LABELER-1
PIS 患者認識システム
全自動血液ガス分析装置；GASTAT-3
全自動血液ガス電解質分析装置；GASTAT-5
電解質分析装置；STAX-2
ポータブルハンディ型血液分析器；GASTAT-mini
自動血沈測定装置；ESR-quick 15
赤血球沈降速度測定機 ESR-6000BP

生研 デンカ生研株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3－4－2　秀和第一茅場町ビル

設立年月日：	昭和25年2月11日
資本金：	7億3,230万円
代表者名：	代表取締役社長 西村 雄彦
従業員数：	343名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.denka-seiken.co.jp
工場所在地：	〒959-1836：五泉市南本町1－2－2
	TEL：0250－43－4111
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業管理室
	TEL：03－3669－9091　　FAX：03－3664－1005

〔展示主要商品〕

LDL-コレステロール／LDL-EX「生研」

特長：1．分画操作の不要な直接法です。2．調製不要な液状試薬であり，各種自動分析装置への適応性にも優れています。3．共存物質の影響は，ほとんど受けません。4．超遠心法との相関が良好です。

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」

TP，ALB，CRE-S，UA-S，GLU-S，TG(S)，T-CHO(S)，HDL-EX，PL-S，Mg-E，IP-E，GOT-JS，GPT-JS，LD-JS，ALP-JS，γ-GT(IF)-S，CK-JS，AMY-S

ラテックス試薬シリーズ

CRP，RF，ASO，AFP，BMG，Mb，IgE，FER，Lp(a)，αMi

TIA試薬シリーズ

IgG，IgA，IgM，C3，C4，U-ALB

TOKIBO CO.,LTD. 株式会社 東機貿

〒106-0044 東京都港区東麻布2－3－4

設立年月日：	1955年6月9日
資本金：	9,180万円
代表者名：	佐多 保彦
従業員数：	500名
E－mail：	dai.suzuki@tokibo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.tokibo.co.jp
工場所在地：	
研究所所在地：	〒140-0012：品川区勝島1－5－21　東神倉庫内
(技術センター)	TEL：03－5762－3006　　FAX：03－5762－3036
商品問合せ先：	担当部門　：　第1営業部マーケティングチーム
	TEL：03－5461－3031　　FAX：03－5461－3041

〔展示主要商品〕

シンセシス血液ガス分析装置／IL シンセシス25

特長：血液ガス・電解質・基質・CO－オキシメーター値を一台で同時測定・ディスポ電極装着でメンテナンスフリー・ワイドカラー液晶画面で分りやすく操作手順を表示・使いやすさが基本の設計を実現

東京貿易株式会社

〒104-8510 東京都中央区八丁堀２—13—８

設立年月日：	昭和22年10月30日
資本金：	５億１千万円
代表者名：	取締役社長　町田 弘
従業員数：	281名
E—mail：	watarai@tokyo-boeki.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.tokyo-boeki.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒197-0815：あきる野市二宮東２—３—63
	TEL：042—550—7271
商品問合せ先：	担当部門　：　医療プロジェクト室
	TEL：03—3555—7353　　FAX：03—3555—7369

〔展示主要商品〕

多項目自動分析装置／TMS-1024，2024

特長：①パソコン採用で操作が簡単　②生化学，免疫反応に適した反応管と攪拌を採用　③反応管洗浄使用によりランニングコストを軽減

〔取扱い商品〕

臨床自動分析装置　TMS-1024
　240T/H，２試薬系で24項目同時測定，登録可能数60
　検体容器：標準・微量カップ以外に真空採血管5m*l* 設置可能

臨床自動分析装置　TMS-2024
　240T/H（ISE付で480T/H），24項目（オプションで36＋ISE　3計39）
　検体容器：標準・微量カップ以外に真空採血管５，７，10m*l* 設置可能
　検体／試薬IDバーコードリーダ，ISE（Na，K，Cl）オプション

東ソー株式会社

TOSOH

〒105-8623 東京都港区芝３—８—２

設立年月日：	昭和10年２月11日
資本金：	406億円
代表者名：	代表取締役社長 田代　圓
従業員数：	3,400名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.tosoh.co.jp
工場所在地：	〒746-8501：新南陽市開成町4560
(他２工場)	TEL：0834—63—9800
研究所所在地：	〒252-1123：綾瀬市早川2743—１
(他２研究所)	TEL：0467—77—2211
商品問合せ先：	担当部門　：　科学計測事業部 営業部
	TEL：03—5427—5181　　FAX：03—5427—5220

〔展示主要商品〕

自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G7，全自動EIA装置 AIA-600II

特長：小型，高精度で診療前検査をはじめ迅速測定に最適。

〔取扱い商品〕

①東ソー自動グリコヘモグロビン分析計（HLC-723G7）
②全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-600II）
③全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-21）
④AIA用短時間試薬（ST-Eテスト「TOSOH」IIシリーズ）
⑤東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC-725CA II）
⑥東ソー全自動VMA/HVA分析計（HLC-726VMA II）
⑦東ソー HbA_{1c}-血糖測定用搬送システム（DS-120）
⑧マイクロプレートリーダ（MPR-A4i II）

東洋器材科学株式会社

TOYO KIZAI

〒335-0003 蕨市南町４－10－18

設立年月日：	昭和47年12月１日
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役社長 佐藤 英輔
従業員数：	45名
E－mail：	tykkizai@tkcnet.ne.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒335-0003：蕨市南町４－10－18
	TEL：048－447－3381
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：048－447－3381　　FAX：048－431－4685

〔展示主要商品〕

エコ採便管

特長：環境にやさしく，軽量，コンパクトな採便管です。自動塗抹機も使えますので作業の自動化がはかれます。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品

・スピッツ
・スポイト
・チューブ
・シャーレ
・サンプルカップ
・採便管
・カップ類
・採水瓶
・スワブ

TOYOBO 東洋紡エンジニアリング株式会社

〒530-0003 大阪市北区堂島浜２－１－16 フジタ東洋紡ビル

設立年月日：	昭和47年４月10日
資本金：	１億2,000万円
代表者名：	代表取締役社長　後藤 芳弘
従業員数：	190名
E－mail：	si@toyobo-eng.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.toyobo-eng.co.jp
工場所在地：	〒595-0042：泉大津市高津町５－11
	TEL：0725－32－0246
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　科学機器事業部
	TEL：06－6348－3357　　FAX：06－6348－9455

〔展示主要商品〕

RO 純水製造装置／S-TRO シリーズ

特長：RO 膜＋イオン交換により高純水が経済的に得られます。マイコン制御による最新機能を装備し，かつ安全機構が充実しました。もしもの水漏れも漏水センサーで早期発見し，装置を自動停止させます。また RO 水質警報及びイオン交換樹脂透過後の水質警報機能により，RO モジュールやイオン交換ボンベの交換時期を逃しません。

〔取扱い商品〕

純水装置関連　：　RO 純水装置
　　「S-TRO シリーズ」「TRO-E シリーズ」
　　「DIAROPUREPC シリーズ」
　　蒸留水装置
　　「DW-18III型」
　　簡易型純水器
　　「STIC 型」

TOYOBO 東洋紡 東洋紡績株式会社

〒530-8230 大阪市北区堂島浜2－2－8

設立年月日：	1914年6月1日
資本金：	433億円
代表者名：	取締役社長　津村 準二
従業員数：	8,000名
E－mail：	techoskoobio.toyobo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.toyobo.co.jp
工場所在地：	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7641
研究所所在地：	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7643
商品問合せ先：	担当部門　：　生化学事業部・診断システムグループ
	TEL：06－6348－3335　　FAX：06－6348－3833

〔展示主要商品〕

CRP，HbA1c測定ニコカードシステム

特長：1)全血より短時間でCRP（2分），HbA1c（4分）が測定可能です。2)測定操作が簡単。3)小型，軽量なので処置室，ベッドサイド等測定場所を選びません。4)既存の測定方法と同等の測定値が得られます。

〔取扱い商品〕

・自動グルコース分析器：ダイヤグルカ HEK-60
・自動ラクテート分析器：ダイヤグルカ HEK-60L
・ニコカード　HbA_{1c}
・ニコカード　CRP

長瀬産業株式会社

〒103-8355 東京都中央区日本橋小舟町5－1

設立年月日：	大正6年12月9日
資本金：	96億9,970万円
代表者名：	長瀬　洋
従業員数：	約1,200名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. nagase. co. jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒651－2241：神戸市西区室谷2－2－3
	TEL：078－992－3162　　FAX：078－992－1050
商品問合せ先：	担当部門　：　ヘルスケア事業本部，メディカルケア製品部
	TEL：03－3665－3174，3288，3208 FAX：03－3665－3723，3752

〔展示主要商品〕

総合感染症コントロールシステム

特長：感染症総合情報処理システム及び感染症検査機器システムや病院総合医療情報システムの連携によって，感染症をリアルタイムにモニタリングし，早期診断，適正治療，院内感染の防止及び教育，研究を支援します。

〔取扱い商品〕

1．自動細菌検査システム MIC2000自動培養ストッカー　IS60
2．MIC画像処理判定システム　IA20MIC
3．感染症情報処理システム
4．臨床検査情報処理システム：SUN臨床検査総合システム
5．イメージ入力システム　From CATCHER
6．赤沈自動測定装置　SESR，2001-20

株式会社ニチリョー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2－4－10 共同ビル

設立年月日：	昭和19年5月25日
資本金：	3,000万円
代表者名：	伊東 義人
従業員数：	70名
E－mail：	n-sales@nichiryo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nichiryo.co.jp
工場所在地：	〒343-0822：越谷市西方2760－1
	TEL：0489－89－1301
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　国内営業部
	TEL：03－5820－2411　　FAX：03－5820－2410

〔展示主要商品〕

分注・希釈・振とう装置／NSP-7000II

特長：NSP-7000II（ディスポーザブルチップ使用の分注・希釈・振とう装置）は，豊富なメモリ機能を持っており，凝集法・ELISA法によるHIV・HCV等の検査に適しています。

〔取扱い商品〕

・デジタルマイクロピペット：オートクレーバブル Nichipet EX
・マルチチャンネルピペット：Nichipet 7000
・シリンジディスペンサ　：ニチメイトステッパー
・ボトルディスペンサ　：アキュペンサージュニア
　：ディスペット
・ピペットコントローラ　：Pipette Mate
・自動分注システム　：NSS-1000II
　：NSP-7000II
　：マイリューターIII
　：マクロマスター
　：マイティーペッター

株式会社ニチレイ

ニチレイ

〒104-8402 東京都中央区築地6－19－20

設立年月日：	昭和20年12月1日
資本金：	303億円
代表者名：	代表取締役社長　手島　忠
従業員数：	2,700名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.nichirei.com/biosciences
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒189-0003：東村山市久米川町1－52－14
	TEL：0423－96－1748　　FAX：0423－96－1730
商品問合せ先：	担当部門　：　バイオサイエンス事業部
	TEL：03－3248－2208　　FAX：03－3248－2243

〔展示主要商品〕

ErbB-2測定試薬／ErbB-2 EIA「ニチレイ」

特長：ErbB-2（c-erbB-2遺伝子産物）に特異的な2種のモノクローナル抗体を使用しているEIAを原理とした体外診断薬です。

〔取扱い商品〕

①各種EIAキット
②ヒストファイン（免疫組織化学染色試薬）
・ヒストファインSAB-PO（M），（R），（G），（MULTI）
・ヒストファイン シンプルステインMAX　PO（M），（R），（G），（MULTI）
・ヒストファイン シンプルステインラットPO（MULTI）
・各種ユニバーサル試薬，第一抗体
③第二世代免疫組織化学染色システム（Zymed社）
・ヒストST5050キットブロードスペクトラム（DAB），（AEC）
・ヒストマウスプラスキット
・ヒストステインプラスキットブロードスペクトラム(DAB)，（AEC）
・各種第二世代　第一抗体
④NU-シリーズ（抗ヒト白血球モノクローナル抗体）
⑤In Situハイブリダイゼーションキット（Kreatech社）

日水製薬株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2—11—1

設立年月日：	昭和10年4月6日
資本金：	44億5,000万円
代表者名：	富本 善久
従業員数：	510名
E—mail：	diag-sale@nissui-pharm.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nissui-pharm.co.jp
工場所在地：	〒307-0036：結城市北南茂呂1075—2
	TEL：0296—35—1221　FAX：0296—35—1217
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：0296—35—3172　FAX：0296—35—1579
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬営業部カスタマーサポート課
	TEL：03—3918—8171　FAX：03—3918—4515

〔展示主要商品〕

全自動血液培養抗酸菌培養装置／バクテアラート3D

特長：①血液培養検査と抗酸菌培養検査を1台のシステムで同時に行うことができる②面倒なQCやキャリブレーションは機器が自動的に行う③操作法は簡単，ボトルID番号を読み取り測定セルに設置するだけで自動報告する。

〔取扱い商品〕

全自動蛍光免疫測定装置：エバネットEV20
全自動エンザイムイムノアッセイ装置：AIA-21
AIA-1200i, XL
AIA-600II
自動細菌検査装置：センシタイター
精度管理用凍結プール血清：L-コンセラーI，II
L-コンセーラII EX（CRPを添加）
免疫血清検査用液状管理血清：液状イムノーコンセーラI，II
自動分析用測定試薬
細菌培養用分画培地：ニッスイ分画プレート

ニットーボーメディカル株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋富沢町5—5

設立年月日：	昭和62年8月28日
資本金：	3億円
代表者名：	杢野 信保
従業員数：	60名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　学術課
	TEL：03—3660—8595　FAX：03—3660—8602

〔展示主要商品〕

C一反応性蛋白測定用試薬／N-アッセイ　LA　CRP-S　ニットーボー

特長：①検体の希釈は不要です。
②共存物質の影響をほとんど受けません。
③各試薬はそのまま使用することができるため，操作が簡便です。

〔取扱い商品〕

生化学系試薬として29項目，免疫系試薬として24項目を取り扱っています。生化学系試薬は，そのほとんどが液状化されており，使用し易くなっています。免疫系試薬は，そのほとんどが免疫比濁法であり，特にCRP，免疫グロブリンなどは，各々特徴ある性能を有しています。また新たにラテックス凝集比濁法を用いた商品も取り扱っています。

NIPPN ニップンテクノクラスタ株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1—30—15 TLビル3F

設立年月日：	1999年10月1日
資本金：	3,000万円
代表者名：	大桃 惣右ヱ門
従業員数：	8名
E—mail：	tci@ro.bekkoame.ne.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒243-0041：厚木市緑ヶ丘5—1—3（厚木ラボ）
	TEL：046—295—5760
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—5287—6761　　FAX：03—5287—6765

〔展示主要商品〕

BioDot社イムノクロマト法テストストリップ用研究開発装置／製造システム

特長：急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究／開発から製造ラインまで，個々のモジュールを組合せることにより，トータルシステムとして供給することのできる世界唯一の専門メーカーです。

〔取扱い商品〕

- BioDot社　イムノクロマト法テストストリップ用研究開発／製造システム；分注モジュール，ラミネーションモジュール，カッティングモジュール，テストストリップリーダー他。
- Cartesian Technologies社　マイクロアレイ作製システム
- Sapidyne社　分子間相互作用解析装置
- Bangs Laboratories社　各種Microspheres

NIPRO 株式会社ニプロ

〒531-0072 大阪市北区豊崎3—3—13

設立年月日：	昭和39年3月27日
資本金：	2億円
代表者名：	続葛 修一
従業員数：	520名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.nipro.co.jp/
工場所在地：	〒018-5751：大館市二井田字羽貫谷地8—7（株式会社ニッショー大館工場）
	TEL：0186—49—5111
研究所所在地：	〒525-0055：草津市野路町700番地
	TEL：077—564—0500
商品問合せ先：	担当部門　：　技術営業部 第3商品課
	TEL：06—6373—3108　　FAX：06—6373—1581

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／ミラクル・エース　919

特長：同時24項目，20テスト／時間の処理能力を持ち，簡単なキー操作で幅広い検査に対応できる卓上型高性能自動分析装置。

〔取扱い商品〕

各種ディスポーザブル医療器具。体外診断薬，医薬品。
人工腎臓用装置，ダイアライザー等。

日本ケミファ株式会社

〒101-8678 東京都千代田区岩本町２－２－３

設立年月日：	昭和25年６月16日
資本金：	39億8,500万円
代表者名：	山口 一城
従業員数：	600名
E－mail：	LEN02312@nifty.ne.jp
URL(ホームページ)：	http://www.chemiphar.co.jp
工場所在地：	〒308-0112：茨城県真壁郡関城町藤ヶ谷赤坂799－１
	TEL：0296－37－2211
研究所所在地：	〒341-0005：三郷市彦川戸１－22－１
	TEL：0489－53－8265　FAX：0489－53－8269
商品問合せ先：	担当部門　：　臨床検査薬事業部　営業開発室
	TEL：03－3851－2974　FAX：03－3862－2645

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動装置／EPA-696

特長：重量30kgの小型卓上型全自動電気泳動装置。給排水設備なしで，蛋白分画，アイソザイム分画が１台で測定可能。処理能力は72検体／時間。電磁石式PICKUP膜搬送方式により，分析中の装置信頼性と保守管理が向上。

〔取扱い商品〕

1．全自動グリコヘモグロビン分析計　HLC-723GHb V
2．ヘモグロビン A_{1c} 血糖　測定用搬送システム　DS-120
3．全自動電気泳動装置　EPA-696,
4．全自動マイクロプレートEIAシステム　FIAS-7000
5．臨床検査迅速報告システム　DiaLAN
6．電気泳動用染色試薬　LDH，ALP，CK，Chol，TG，PL
7．糖尿病関連診断薬　HbA1c，Glu，尿中微量アルブミン
8．コントロール試薬　HbA1c，LDH/CK，ALP
9．その他　医療用具用各種洗剤

NIHON KOHDEN　日本光電工業株式会社

〒161-8560 東京都新宿区西落合１－31－４

設立年月日：	1951年８月７日
資本金：	75億円（1999年６月30日現在）
代表者名：	荻野 和郎
従業員数：	3,039名（グループ）（1999年６月30日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.kohden.co.jp/
工場所在地：	〒　　：鶴ヶ島市，埼玉県大里郡川本，富岡市
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　日本光電企画センタ株式会社
	TEL：03－5996－8028　FAX：03－5996－8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK-8118＋QA-810V

特長：レーザ散乱法を用いた，白血球５分類を含む22項目測定が可能な，全自動血球計数器です。オートサンプラを内蔵し，50検体を同時にセットできます。タッチキーの採用で，操作性も向上しております。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位検査装置，筋電計，心電計，自動血球計数器，ベッドサイドモニタ，セントラルモニタ，人工呼吸器，除細動器，輸液ポンプ，心臓ペースメーカ，運動負荷試験システム，呼吸代謝測定装置，訪問看護支援システム，画像診断装置，心臓カテーテル検査システム，救急モニタ，基礎医学研究用機器，各種センサなど

JEOL 日本電子株式会社

〒196-8558 昭島市武蔵野3－1－2

設立年月日：	昭和24年5月30日
資本金：	32億4,000万円
代表者名：	代表取締役社長 江藤 輝一
従業員数：	1,168名
E－mail：	www-master@jeol.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.jeol.co.jp/
工場所在地：	〒196-8558：昭島市武蔵野3－1－2
	TEL：042－543－1111
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：042-542-2316　　FAX：042-542-2386
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル営業本部
	TEL：042－528－3325　　FAX：042－528－3488

〔展示主要商品〕

自動分析装置／BioMajesty JCA-BM1250/1650/2250/9030

特長：①最少反応液量60～80μl　②シングル高速処理1250・1650・2250テスト／時　③検体前希釈機能が検体量僅か2 μl で多項目分析を実現

〔取扱い商品〕

■自動分析装置クリナライザ　BioMajesty JCA-BM1250/1650/2250/9030
■ラックサンプラ200検体・600検体ラック　RA200/600
■検体自動搬送システム　JLA-500T，500TS，700TS
■臨床検査情報処理システム　JCS-33L
■全自動便潜血免疫分析装置　JIA-HB2010
■医用サーモビュア　JTG-7520/7530
■全自動アミノ酸分析機　JLC-500/V
■電子顕微鏡／表面分析装置／元素・構造分析装置／クロマト装置
素子製造装置／評価・検査装置／高周波応用装置／電子・イオンビーム応用装置・医用診断装置

BIO-RAD 日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5－7－18 コスモパークビル

設立年月日：	1979年10月16日
資本金：	4億円
代表者名：	増岡 邦明
従業員数：	170名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.bio-rad.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬事業本部
	TEL：03－5811－6290　　FAX：03－5811－6282

〔展示主要商品〕

精度管理用コントロール／凍結乾燥，液状シリーズ

特長：検査室のニーズに対応する充実した幅広い製品ラインナップとUNITY PCを利用した精度管理システム

〔取扱い商品〕

①各種精度管理用コントロール
②精度管理用PCプログラム　“UNITY”
③腸管出血性大腸菌検査キット　“ノバパス ベロ毒素　EIA”
④ALA/PBGカラムテスト
⑤全自動薬物検査システム　“REMEDi-HS”
⑥全自動マイクロプレートEIAシステム　“Coda”
⑦ノバパス550マイクロプレートリーダー
⑧ノバパス1575マイクロプレートウォッシャー
⑨パルスフィールド電気泳動装置

日本ビオメリュー株式会社

bioMérieux　〒107-0061 東京都港区北青山2—12—28　青山ビル

設立年月日：	1988年10月4日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	フレデリック・ベノリエル
従業員数：	90名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.bvj.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　カスタマーサポート
	TEL：03—5411—8799　　FAX：03—5411—8777

〔展示主要商品〕

自動細菌検査装置／バイテック2

特長：臨床細菌検査室の最も重要な検査である同定検査・感受性検査の完全自動化を実現した第2世代の自動機器です。特に検体処理過程の最大限の自動化並びに耐性菌の検証が可能となりました。

〔取扱い商品〕

A：細菌検査関連製品

自動細菌同定・感受性検査装置	バイテック／バイテック2
自動培養装置・培地	ミニバイタル／バイタル／ヘモリンパフォーマンス
同定検査キット・シリーズ	アピ・シリーズ
迅速検出キット・シリーズ	スライデックス・シリーズ
細菌培養用培地	生培地／試験管培地　他

B：免疫血清関連製品

自動免疫蛍光測定装置	バイダス／ミニバイダス
測定試薬・感染症関連	HIV，クラミジア，風疹IgG　他
免疫化学関連	甲状腺，婦人科ホルモン，腫瘍マーカー　他

C：血液凝固関連製品　　Dダイマー，PT，APTT　他

BD 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂8—5—26 赤坂DSビル

設立年月日：	1985年5月（1971年に創立されたベクトン・ディッキンソン・オーバーシーズ・インクの事業を継承）
資本金：	6億8,750万円
代表者名：	レックス・バレンタイン
従業員数：	420名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. bdj. co. .jp
工場所在地：	〒960-2152：福島市土船字五反田1
	TEL：0245—93—2311
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様情報センター（BDダイヤル）
	TEL：0120-8555-90　　FAX：024-593-5761

〔展示主要商品〕

全自動抗酸菌検査装置／バクテック® MGIT™960

特長：抗酸菌の分離培養及び感受性試験の為の自動機器です。月約640本の分離培養検体を処理できます。検出時間の短縮と検出感度の向上が可能になりました。

〔取扱い商品〕

1　細菌検査試薬・器材，生培地（BBL®）
2　感受性検査用ディスク（センシディスク®）
3　同定検査キット（BBL CRYSTAL™シリーズ，BBL®ミニテックシリーズ，エンテロチューブ，オキシファームチューブ，マイコチューブ）
4　血液培養システム（BACTEC®NR 730，9240，9120，9050システム）
5　自動細胞解析装置（FACScan™），全自動細胞解析分離装置（FACSCalibur，FACS Vantage™），モノクロナール抗体
6　プラスチック製組織培養器具・細菌検査用器具（FALCON®），研究用試薬（CBP），接着分子抗体（CAMfolio™）
7　滅菌済真空採血管（バキュティナ®システム），微量採血システム（マイクロティナ®システム）

MILLIPORE 日本ミリポア株式会社

〒108-0073 東京都港区三田1－4－28 三田国際ビル

設立年月日：	昭和43年9月17日
資本金：	20億円
代表者名：	代表取締役社長 高橋 日出生
従業員数：	390名
E－mail：	jpana-tech@millipore. co. jp
URL(ホームページ)：	http://www. millipore. com/nihon
工場所在地：	〒992-1128：米沢市八幡原2－4736－3
	TEL：0238－28－2311
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　アナリティカル事業本部OEMヘルスケア製品技術営業部
	TEL：03－5442－9789　　FAX：03－5442－9736

〔展示主要商品〕

Hi-Flow メンブレン

特長：イムノクロマトグラフィー法を用いた診断薬キット用に開発された新しいメンブレンです。メンブレンの均一な孔径，内部構造が迅速なキャピラリー性能を保有し，静電力によるタンパク結合を確実に行い優れた再現性を持つ診断アッセイの効果が得られます。アプリケーションに最適なタイプを様々なバリエーションから選択できます。

〔取扱い商品〕

イムノクロマトグラフィー用メンブレンフィルター
コンジュゲートパッド
吸収パッド
他各種メンブレンフィルター
精密ろ過機器
純水装置関連　等

日本メジフィジックス株式会社

〒662-0918 西宮市六湛寺町9－8

設立年月日：	昭和48年3月20日
資本金：	31億4,578万円
代表者名：	中村 日出彦
従業員数：	722名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒669-1339：三田市テクノパーク9－1
	TEL：0795－68－4771
研究所所在地：	〒669-1339：三田市テクノパーク9－1
	TEL：0795－68－3518　　FAX：0795－68－3071
商品問合せ先：	担当部門　：　体外試薬部 学術グループ
	TEL：0798－26－6801/03－3234－2635 FAX：0798－26－4621/03－3239－9737

〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置／Allegro Lite

特長：・最大15項目　フルオートランダムアクセス方式・ソフトウェアにWindowsを使用し，タッチスクリーン方式による簡便な操作・コンパクトなサイズで最大処理が可能

〔取扱い商品〕

〔RIA製品〕アレグロIntact PTHキット，アレグロACTHキット，モデルFT4キット，TPSA IRMAキット『メジ』他
〔Non RI製品〕　TPSA EIAキット『メジ』　TPSA ELISAキット『メジ』

株式会社日本メディカルバンクシステム

〒323-0021 小山市中久喜3—12—10

設立年月日：	昭和62年3月
資本金：	2,500万円
代表者名：	中木 英勝
従業員数：	10名
E—mail：	nakaki@olive.ocn.ne.jp
URL(ホームページ)：	info@mes-net.com
工場所在地：	〒 - ：
	TEL： — —
研究所所在地：	〒329-2722：栃木県那須郡西那須野町朝日町11—11
	TEL：0287—39—1319 FAX：0287—39—1324
商品問合せ先：	担当部門 ： 企画営業
	TEL：0285—22—7068 FAX：0285—22—7069

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／MES-NET シリーズ

特長：検体検査以外のサブシステムをフル装備。検査結果照会，オーダリングシステムも一体で検査可能。規模と価格で3種類のバージョンを用意。

〔取扱い商品〕

1．臨床検査処理システム　MES-NET 1，2，3
2．ドクター支援システム
3．健診システム
4．病理システム
5．生理システム
6．細菌システム
7．画像ファイリングシステム
8．在庫管理システム
9．オーダリング・電子カルテシステム
10．検査結果在宅処理システム（www 対応）

ニューコン株式会社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5—41—12

設立年月日：	1991年12月
資本金：	5,000万円
代表者名：	代表取締役社長　王 春華
従業員数：	50名
E—mail：	sales@newcon.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.newcon.co.jp
工場所在地：	〒116-0014：荒川区東日暮里5—41—12
	TEL：03—3805—2584
研究所所在地：	
	TEL： FAX：
商品問合せ先：	担当部門 ： 医療情報システム事業部　営業部
	TEL：03—3805—2584 FAX：03—3805—2685

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／PC-Win／Net（LABO）

特長：400システムの納入実績と30年間のノウハウを継承したサーバー／クライアント方式の臨床検査システム。WindowsNT，Windows2000対応。ユーザーの希望によるあらゆるカスタマイズが可能。

〔取扱い商品〕

1．臨床検査システム　PC-Win/Net（LABO）
2．人間ドッグ・健診システム　PC-Win/Net（HEALTH）
3．輸血管理システム　PC-Win/Net（BLOOD）
4．ドクター支援システム・院内イントラネット／Web システム
　PC-Win/Net（DOCTOR），（INTRA）
5．病理・細胞診システム　PC-Win/Net（PATH/CYTO）
6．細菌・微生物検査システム　PC-Win/Net（BACT）
7．医用画像情報管理システム　PC-Win/Net（PACS）
8．染色体画像解析システム　カリオビジョン　CA-2000K

野崎印刷紙業株式会社

〒603-8151 京都市北区小山下総町54－5

設立年月日：	昭和15年11月6日
資本金：	15億7,084万円
代表者名：	高野俊一
従業員数：	769名（1999年12月15日現在）
E－mail：	yamauchi@nozakiinsatu.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nozakiinsatu.co.jp
工場所在地：	〒601-8205：京都市南区久世殿城町214
	TEL：075－921－2144
研究所所在地：	〒601-8205：京都市南区久世殿城町214
	TEL：075－935－5300　FAX：075－935－5303
商品問合せ先：	担当部門　：　情報機器事業部　営業課
	TEL：075－451－6130　FAX：075－431－2268

〔展示主要商品〕

カードプリンター／ラベリングマシーン／バーコードプリンター

特長：超コンパクト設計　スピード印刷　高画像　専用発行ソフトの充実　手間いらずの操作性

〔取扱い商品〕

商業印刷　カタログ　パンフレット　カレンダー　販売促進物
情報関連　タグ　ラベル　プリンター　ビジネスフォーム　カード
包装資材　ラッピング　パッケージ　軟包装

Noteware ノートウェア株式会社

〒105-0012 東京都港区芝大門2－12－9　浜松町矢崎ホワイトビル6F

設立年月日：	1981年2月
資本金：	4,000万円
代表者名：	赤澤 治行
従業員数：	14名
E－mail：	info@noteware.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.noteware.co.jp
営業所在地：	〒700-0902：岡山市錦町1－1
	TEL：086－234－6045　FAX：425－596－8242
研究所所在地：	401 Park Place, Suite 219 kirkland, WA98033 U.S.A
	TEL：425－576－1470　FAX：425－576－8242
商品問合せ先：	担当部門　：　営業
	TEL：03－5472－8790　FAX：03－5472－8796

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／Clinical Ware，診療支援システム，検診システム

特長：ノートウェアの臨床検査システムは，今日の臨床検査業務が抱える様々なテーマに，効率化と信頼性の面からソリューションを与える最先端の検査システムです。

〔取扱い商品〕

弊社は，臨床検査分野専門の会社で，18年間の実績と200施設以上への導入実績を持っており，システムは18年間の導入実績による信頼性に加え，常に最新のコンピュータ技術によりシステム構築をしております。現システムは，世の中標準のDOS/V機とOSは安定性に定評のあるWindows-NT4.0です。又，今後のインターネット，イントラネットを利用したネットワークコンピュータ時代を迎え，弊社ではJAVAで開発した診療支援プログラムの販売も開始しており，ユーザーのプラットホームに依存しないシステムを安価に提供してまいります。
現在，Clinical Wareシリーズにはラインナップとして，臨床検査システム，細菌検査システム，健診／ドックシステムがございます。

バイエル メディカル株式会社

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1—19—15 ウノサワ東急ビル

設立年月日：	1967年2月1日
資本金：	19億8,500万円
代表者名：	目黒 昭一郎
従業員数：	408名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒- ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 最寄の支店・営業所
	TEL： FAX：

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

■臨床検査試薬・医療機器
- 尿検査製品
- 糖尿病検査製品
- 血液学検査製品
- 血液ガス分析製品
- 生化学検査製品
- 免疫自動分析製品

BioTec バイオテック株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2—29—4 古沢ビル

設立年月日：	1979年3月1日
資本金：	1,000万円
代表者名：	長倉 誠
従業員数：	11名
E—mail：	info@biotec.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.biotec.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：03—3816—6931 FAX：03—3818—4554

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

■ELISA用機器
- セラウォッシャー MW96シリーズ
- オートミニウォッシャーシリーズ

■マイクロアッセイシステム機器
- 全自動血球凝集反応装置 ハルクス・オート1
- 凝集像自動読取装置 APAS-2000
- オートドロッパー EDR-500A

■HLA研究機器
- セラドット6072シリーズ，イムノビーズウォッシャー IBW-12

■EIA，RIA用ビーズウォッシャー
- プレート用 BW-20，BW-25
- チューブ用 TW-50N

■DNA分注器，核酸抽出装置

■分注装置（創薬ゲノム関連）
- マルチディスペンサー EDR-384
- マルチディスペンサー EDR-384S
- オートセラウォッシャー AMW-384

■その他特注品

株式会社ビー・エム・エル

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷5—21—3

設立年月日：	昭和30年7月
資本金：	46億8,458万6千円
代表者名：	代表取締役社長 荒井 元義
従業員数：	1,470名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.bml.co.jp/
工場所在地：	〒151-0051：渋谷区千駄ケ谷5—21—3
	TEL：03-3350-0111
研究所所在地：	〒350-1101：川越市的場1361—1
	TEL：0492—32—3131　FAX：0492-32-3132
商品問合せ先：	担当部門　：　メリッツ開発部
	TEL：0492-32-0601　FAX：0492-32-0597

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／AutoPack24

特長：臨床検査の自動化と他とのデータ連携システム

〔取扱い商品〕

UNIXサーバー，MS-Windowsクライアントで構成され，院内検査部門の自動化・効率化に対応。各種検体前処理機・自動分析機とオンラインで接続。バーコードランダム検査，検査進捗管理，データ管理，精度管理，外注管理，データ照会及びデータベースによるデータの長期保存をトータルでサポート。検査部門以外とのインターフェースもオーダーリングシステム・診療部門でのデータ照会及び報告書出力（診療支援）・外注センターとの各種データ連携で院内トータルシステムと有機的に接続。

日立エンジニアリング株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋2—12—6　ムツミビル

設立年月日：	1957年4月1日
資本金：	16億5,000万円
代表者名：	取締役社長　永田 一良
従業員数：	2,158名
E—mail：	sales@head.hitachi-hec.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.hitachi.co.jp/hec/
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　東京本社営業本部 システム営業部営業開拓グループ
	TEL：03—3246—2181　FAX：03—3246—6032

〔展示主要商品〕

臨床検査依頼伝票入力システム

特長：①依頼伝票自動認識による効率向上　②キーエントリー業務の操作性アップ　③伝票管理の充実　④ペーパーレスによる伝票保管スペースの効率化　⑤イメージデータの有効活用。

〔取扱い商品〕

臨床検査依頼伝票入力システム

HITACHI 株式会社 日立製作所

〒100-8220 東京都千代田区丸の内1－5－1

設立年月日：	大正9年2月1日
資本金：	2,816億8,400万円
代表者名：	代表取締役社長　庄山　悦彦
従業員数：	約72,837名
E－mail：	Adm_Hid@cm. head. hitachi. co. jp
URL(ホームページ)：	http://www. hitachi. co. jp/Div/keisokuki
工場所在地：	〒312-8504：ひたちなか市大字市毛882
	TEL：029－273－2111
研究所所在地：	〒　　：9研究所
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　計測器グループ 医用システム本部 技術部
	TEL：03－3212－1111　　FAX：03－3214－3125

〔展示主要商品〕

検体前処理システム／日立検体前処理システム

特長：検査業務の効率化を目的とし，「モジュールアッセンブリ方式に基づくパッケージシステム」「使い易さを重視したコンパクトシステム」を実現しました。

〔取扱い商品〕

各種臨床検査機器を取扱う計測器グループは，㈱日立製作所計測器グループを製造部門に，販売面では㈱日立メディコ，日製産業㈱のルートを敷き，これらを支える日立計測器サービス㈱のアフターサービス体制が全国に張りめぐらされております。

日立は豊富な技術の蓄積を生かし，100社をこえるグループ各社との緊密な連携のもとに，よりよい未来医学の創造に貢献したいと願っています。

株式会社日立メディコ：日立グループの医療窓口会社，日立製作所製造の自動分析装置の販売，MRI，X線，超音波などの製造・販売を行っています。

日製産業株式会社：日立製作所直系工業専門商社で，科学機器では，分光光度計をはじめとする日立科学機器，日立工機遠心機，掘場分析計，コロナマイクロプレート光度計などの国内販売，輸出を行っています。

Pharmacia &Upjohn　ファルマシア・アップジョン株式会社

〒163-1448 東京都新宿区西新宿3-20-2　東京オペラシティービル39F

設立年月日：	1996年9月1日
資本金：	52億5,500万円
代表者名：	ローレンスJ・ペイン
従業員数：	1,200名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒300-4247：つくば市和台23
	TEL：0298－64－6810
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：同上
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬事業部
	TEL：03－5365－8338　　FAX：03－5365－8336

〔展示主要商品〕

UniCAP　System

特長：感度，精度，信頼性に定評のあるCAP Systemをコンパクトに一体化，更に多機能データ処理システム（データキャップ）により，検査室からの医療情報発信を可能としたアレルギー自動検査システム。

〔取扱い商品〕

■ユニキャップシステム
　機器：ユニキャップ100
　測定項目：アレルギー検査
■キャップシステム
　機器：フローロカウント96，Auto CAP 他
　測定項目：アレルギー検査
■その他
　RIA試薬 他

フクダ電子株式会社®

〒113-8420 東京都文京区本郷3—39—4

設立年月日：	昭和23年7月6日
資本金：	43億8,000万円
代表者名：	福田 孝太郎
従業員数：	1,850名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.fukuda.co.jp
工場所在地：	〒270-1495：千葉県印旛郡白井町中台305—1
	TEL：0474—91—4411
研究所所在地：	〒113-8420：文京区本郷2—35—8
	TEL：03—3814—1211　FAX：03—5684—1313
商品問合せ先：	担当部門　：　商事営業センター
	TEL：03—5800—5631　FAX：03—5800—5655

〔展示主要商品〕

自動血球計数CRP測定装置／FL-270CRP

特長：全血18μlで血算と免疫（CBC+CRP）の同時測定可能・検体の前処理不要・測定時間は4分20秒

〔取扱い商品〕

I．生体検査装置
心電計／心電図自動解析装置／ホルター心電計／ストレステストシステム／ポリグラフ／超音波診断装置／血圧計・心拍出量計／血球計数装置／眼底カメラ／呼吸機能検査装置

II．医用監視装置
集中監視装置／ベッドサイドモニタ／医用テレメータ

III．治療装置
デフィブリレータ／ペースメーカ／人口呼吸器／酸素濃縮器／大動脈内バルーンポンプ・カテーテル／心臓カテーテル／PTCAカテーテル

IV．その他
記録紙／ディスポーザブル電極／上記各装置の付属品および消耗品

富士工業株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島4—1—14

設立年月日：	昭和5年5月1日
資本金：	1,000万円
代表者名：	壺井 剛之介
従業員数：	6名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：03—3814—3621　FAX：03—3814—3625

〔展示主要商品〕

浸透圧計／アドバンス浸透圧計3D3

特長：新製品3D3—ワイドレンジ0～4,000mOsm/kgH_2O。スタンバイ5分。自動キャリブレーション及び自己診断によるトラブル検出機能あり。メッセージボードがすべてを表示。24時間いつでもスタット測定可能。

〔取扱い商品〕

米国アドバンス社……アドバンス浸透圧計　3900　3D3　3300
ミルク・クライオスコープ
米国マノスタット社…クレット光電光度計
米国ケンブリッジ社…尿沈渣用URI染色液，染色液等を除去するスティンリムーバー
ドイツ　ホフマン社…電気バーナー
米国ドラモンド社……CMピペット
他にストップウォッチホルダー等を販売

富士フイルム メディカル株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座7—13—8

設立年月日：	昭和42年
資本金：	3億円
代表者名：	白壁 英次
従業員数：	470名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.fujifilm.co.jp/fms/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部　販売部　営業促進グループ
	TEL：03—3545—3321　　FAX：03—5565—7020

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／富士ドライケム　3500

特長：比色／電解質方式の異なる項目も測定可能にし，全血から血漿を分離するプラズマフィルターPFを開発。即時対応を増強し，さらに手間のかかる希釈操作も自動化しました。

〔取扱い商品〕

●測定装置

富士ドライケム　300G　　：血糖専用生化学分析装置
富士ドライケム　ミニネット　：富士ドライケム検査機器データー処理支援システム
富士ドライケム　3500シリーズ：採血管対応小型多項目測定装置（4タイプ）
富士ドライケム　5500　　：小型多項目測定装置
富士ドライケム　800　　：電解質専用小型測定装置
富士ドライケム　100タイプG：グルコース専用小型測定装置
富士ドライケム　100タイプN：アンモニア専用小型測定装置

●測定試薬

富士ドライケムスライド（全血用，血漿・血清用）30項目

●標準液

富士ドライケムコントロール液　QP-L，H，QN，QE

富士レビオ株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2—62—5 FRビル

設立年月日：	1950年12月18日
資本金：	37億1,208万円
代表者名：	徳光 達生
従業員数：	889名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http//www.fujirebio.co.jp/
工場所在地：	〒192-0031：八王子市小宮町51
	TEL：0426—45—0052
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：0426—45—0071　　FAX：0426—46—8325
商品問合せ先：	担当部門　：　検査薬学術部
	TEL：03—5695—9210　　FAX：03—5695—9234

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定システム／ルミパルスf（フォルテ）

特長：バーコードオーダー入力対応，検体搬送ライン接続可能，自動希釈再検機能により効率化，省力化を追求。日本語入力，タッチパネルで簡単操作を実現。化学発光免疫測定による高感度アッセイ。

〔取扱い商品〕

〈試薬〉

血清検査（PA・HA法）：TP，HBs，アンティHBs，HTLV-I，HIV-1/2，CMV，ASK，ATG，AMC，MYCO II　他
（ラテックス凝集法）：HbA1c，ASO
（CLEIA法）：CA19-9，CA125，CA15-3，AFP，CEA，PSA，シフラ，TSH，IgE，β_2M，α_1M，フェリチン，HTLV-I，HIV-1/2，HCV，HBsAgAb，HBcIgM，HBcAb，TP，FT3，FT4，インシュリン，LH，プロラクチン，FSH，E_2他
（FIA法）：FDP，Dダイマー，AT III，HBsAgAb，CRP
血液凝固線溶検査：D-Dダイマー

〈機器〉

ルミパルスf，エバネットEV20

扶桑薬品工業株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町1－7－10

設立年月日：	昭和12年3月25日
資本金：	107億5,800万円
代表者名：	戸田 幹雄
従業員数：	1,396名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒536-8523：大阪市城東区森之宮2－3－11
	TEL：06－6969－1131
研究所所在地：	〒536-8523：大阪市城東区森之宮2－3－30
	TEL：06－6969－3131　FAX：06－6964－2706
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部 営業四課
	TEL：06－6969－1131　FAX：06－6969－2341

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／アイ・スタット200

特長：患者のベッドサイドで，血液ガス及び電解質などを，ごく微量の検体で，迅速，簡便，かつ正確に測定。ポイント・オブ・ケア検査に好適。

〔取扱い商品〕

■ポータブル血液分析器「アイ・スタット」

アナライザー（100，200）
カートリッジ（6⁺，EC6⁺，G3⁺，EG6⁺，EG7⁺）
プリンター（HPプリンタ）
電子シミュレーター
その他

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社

〒206-0812 稲城市矢野口1843－1

設立年月日：	昭和60年7月17日
資本金：	1億1,932万5,000円
代表者名：	田島 秀二
従業員数：	35名
E－mail：	yakabe@pss.co.jp
URL(ホームページ)：	http//www.pss.co.jp
工場所在地：	〒206-0813：稲城市矢野口1843－1
	TEL：0423－77－2721
研究所所在地：	〒270-0025：松戸市中和倉341－1
	TEL：047－349－4004　FAX：047－349－4931
商品問合せ先：	担当部門　：　営業
	TEL：042－377－2721　FAX：042－377－0681

〔展示主要商品〕

核酸抽出装置／SX-8G

特長：本機は，磁性体粒子を利用した核酸自動抽出装置です。自動分注機をベースにしたシンプルな構成で安価な製品です。ユーザーの自在な設定が可能で試薬開発機としてもご利用頂けます。

〔取扱い商品〕

核酸抽出装置	SX-6G　SX-OG
小型核酸抽出装置	SX-8G
化学発光測定装置	HIMICO　SX-6P
化学発光リーダー	LUMIPROT-II
検体分注装置	RX-500
検体小型分注装置	SX-II
希釈装置	AGS-30　MPD-II a
洗浄装置	TB-50　BW-50
外部委託検体システム	RUB-SYSTEM

ベイリンク株式会社

BAY LINK

〒272-0804 市川市南大野２—10—16

設立年月日：	昭和48年10月
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役　杉原 正敏
従業員数：	９名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　システム開発部
	TEL：047—338—7130　　FAX：047—338—7050

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／ALPHA-NET

特長：WINDOWS 2000/NT（98）対応の臨床検査データ処理システム・データベースサーバーにオラクル８を使用し，大規模データベースにも対応しやすくなっています。又，下記各システムに対してのWEBサーバを使用したイントラネットで検査結果等の参照をサポートしています。

〔取扱い商品〕

1．ALPHA-NET（WIN　2000/NT）
- タッチパネル利用のできる，ビジュアルシステム（１～100台構成）
- 血液，血清，生化，細菌，尿一般検査等の総合システム
  （オプションで，輸血管理も追加可）

2．ALPHA-NET（生理検査）
- 生理検査予約，画像処理システム

3．ALPHA-NET（健診管理）
- 検体検査，生理検査とのデータ共有による，患者さんのTOTALデータ管理が可能

ベックマン・コールター株式会社

BECKMAN COULTER

東京都港区虎ノ門３—５—１　虎ノ門37森ビル

設立年月日：	1977年７月１日
資本金：	12億3,000万円
代表者名：	西本 泰治
従業員数：	360名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.beckmancoulter.com
工場所在地：	〒243-0021：厚木市岡田３—８—23
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　業務推進グループ
	TEL：03—5404—8424　　FAX：03—3578—4605

〔展示主要商品〕

生化学全自動分析装置／LX20

特長：完全自動ランダムアクセス方式自動分析装置で，専用試薬のみならず汎用試薬にも対応でき，生化学から免疫，線溶検査など幅広い分野への対応が可能。メンテナンスフリー，ラテックス試薬も安心して使用できます。

〔取扱い商品〕

自動生化学分析装置：シンクロンCX3/4/5デルタ，9ALX，LX20
血液分析装置：GEN-Sシステム，MAXMA/L-Retic，AcTシリーズ
細胞分析／分取装置：EPICS XLシステムII，EPICS ELITE ESP
免疫化学分析装置：IMMAGE
電気泳動システム：パラゴンCZE2000
全自動電解質測定装置：シンクロンELI-SE
各種試薬

株式会社 ベリタス

VERITAS

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2－7－14 八洲ビル

設立年月日：	昭和47年10月9日
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役社長 飯田 真作
従業員数：	
E－mail：	veritas@veritastk.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.veritastk.co.jp/
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業販売部／技術営業部
	TEL：03－3593－3211 FAX：03－3593－3216

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

診断薬バルク原材料

1．各種ヒト血清＆ヒト血漿
- 健常人新鮮ヒト血清
- RF高濃度ヒト血清
- HDLコレステロール高濃度ヒト血清

2．各種動物血清
- マウス血清
- ウサギ血清
- ヤギ血清

3．各種動物臓器

株式会社 ヘレナ研究所

〒336-0001 浦和市常盤9－21－19

設立年月日：	昭和51年2月28日
資本金：	3,000万円
代表者名：	中里 時亜
従業員数：	40名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒336-0001：浦和市常盤9－21－19
	TEL：
研究所所在地：	〒336-0001：浦和市常盤9－21－19
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：048－833－3208 FAX：048－833－3273

〔展示主要商品〕

REP／1352 エパライザ／J1301

特長：一台で，蛋白分画，アイソザイム分画及び脂質分画まで完全自動化!!

〔取扱い商品〕

高速自動電気泳動装置 (REP)	：	泳動項目 ┌ 蛋白分画 ├ LDH・ALP・CPK └ AMY（一部マニュアル）
全自動電気泳動分析装置 (エパライザ)	：	泳動項目 ┌ 蛋白分画・各種アイソザイム └ 脂質分画 他
デンシトメータ	：	EDC クリニスキャン2
支持体	：	セア膜（タイタンIII） アガロース膜

HORIBA 株式会社 堀場製作所

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日：	1953（昭和28）年1月26日
資本金：	65億7,700万円
代表者名：	堀場 厚
従業員数：	1,108名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.horiba.co.jp
工場所在地：	〒601-8510：京都市南区吉祥院宮の東町2
	TEL：075—313—8121
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：同上　FAX：075—321—8312
商品問合せ先：	担当部門　：　医用システム統括部
	TEL：075—313—5736　FAX：075—321—0752

〔展示主要商品〕

自動血球計数 CRP 測定装置／LC-170　CRP

特長：全血から白血球3分類を含む18項目と，更に CRP を同時測定。前処理一切不要。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置　LC-141，LC-140，LC-151，LC-550，LC-5000
動物用自動血球計数装置　LC-152
自動血球計数 CRP 測定装置　LC-170　CRP，LC-270CRP
pH メーター　F シリーズ，D シリーズ
自動塗抹染色標本作製装置　LX-9131

Medix Biochemica Oy Ab

Asematic 13 FIN0-2700 kauniainen Finland

設立年月日：	1985年	
資本金：		
代表者名：		
従業員数：	80名	
E—mail：	pekka hilden@medixbiochemica.com	
URL(ホームページ)：		
工場所在地：	〒　　：	
	TEL：	
商品問合せ先：	担当部門　：　Mr. Pekka Holden	日本総代理：錦商事㈱
	TEL：+358—9—547—680	TEL：03—3689—8724
	FAX：+358—9—505—3441	FAX：03—3661—9594

〔展示主要商品〕

モノクローナル抗体各種

〔取扱い商品〕

・モノクローナル抗体各種
・迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティックテスト各種
・酵素免疫測定法キット各種

当社は，1978年に MEDIX 臨床／抗体研究所で開発したモノクローナル抗体を販売した以来，20年近い経験をもつ数少ない会社のひとつで，1986年からは日本にも輸出しております。

当社では，新製品と新技術の開発のために毎年利益の20～30％を R&D に投資しております。今後，従来のインビトロ・モノクローナル抗体の提供に加えて，更に高い技術をもって日本の顧客の方々を支援したいと考えております。

メバニクス株式会社

〒153-0064 東京都目黒区下目黒2—18—3　花谷ビル

設立年月日：	昭和54年10月5日
資本金：	1,000万円
代表者名：	小野 精一朗
従業員数：	7名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒153-0064：目黒区下目黒2—18—3
	TEL：03—3495—0451
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3495—0451　　FAX：03—3495—0582

〔展示主要商品〕

全血血小板凝集能測定装置／WBA Analyzer WBA-4

特長：生体内の血小板の情報を，「PATI」・「グレード」による評価法で測定します。血栓症の予防，治療のため，抗血小板剤の選択，投与量の決定及び，治療経過のモニターなど，血小板凝集機能測定に最適な装置です。

◎生体内により近い状態で「PATI」・「グレード」測定
　PGI_2，赤血球，白血球及び高脂血漿などの存在下で簡単に精度良く測定できます。

◎微量検体（血液量0.8ml）で「PATI」・「グレード」測定
　血液検体を前処理せず全血検体そのままで測定しますので従来法（PRP法）の1/5量で測定できます。

◎簡単な操作で「PATI」・「グレード」測定
　4チャンネルマルチピペットの採用により簡単な操作で精度良く測定できます。

株式会社 メルシャン クリンテック

MERCIAN CLEANTEC

〒104-0031 東京都中央区京橋1—5—8　三栄ビル

設立年月日：	平成5年4月
資本金：	1億万円
代表者名：	水島 勇之助
従業員数：	29名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒210-0801：川崎市川崎区鈴木町3—1
	TEL：044—244—2091　　FAX：044—244—2940
研究所所在地：	〒251-0057：藤沢市城南4—9—1
	TEL：0466—35—6367　　FAX：0466—35—6445
商品問合せ先：	担当部門　：　AS事業部
	TEL：03—3231—8910　　FAX：044—244—2940

〔展示主要商品〕

二次元データコード保管管理／メルコード DC 2システム

特長：情報の多様化とシンボルマークの最小化に対応した二次元データコードを用い情報の簡略と高度セキュリティー管理および検索・保管管理システム（臨床材料，血液，血清，病原体等の保管管理ソフト）

クリーンルームやバイオハザード施設の清掃・消毒の信頼性確保のために，独自にホルムアルデヒドガス発生中和装置（SQUBAS）およびガス濃度計（NABA）を開発し，機器を導入したデータに基づくクリーン環境作りを提案し顧客のアウトソーシングを受けています。今回紹介する商品は二次元データコードを応用したもので，臨床材料等の検査情報が多様化し，情報処理の重要性が問われています。本システム（メルコードDC2システム）によって臨床サンプルの検索検出，保管庫（フリーザー等）使用情報処理管理，個人情報のセキュリティー等を処理いたします。

MORITEX CORPORATION 株式会社モリテックス

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3－1－14 モリテックス本社ビル

設立年月日：	1973年2月
資本金：	23億7,400万円
代表者名：	森戸 祐幸
従業員数：	310名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.moritex.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：　　FAX：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　新素材部
	TEL：045－909－4710　FAX：045－909－4707

〔展示主要商品〕

メカニカルシール／バルシール

特長：テフロンをベースとしたジャケット材に特許である斜め巻きコイルスプリングを挿入したシール材。ほぼ一定のスプリング力を維持し，長寿命。低摩擦を実現。使用範囲：圧力真空～7000kg／m²。温度－260～280°C。

〔取扱い商品〕

デューク：NISTのトレーサビリティを確保された粒子径標準粒子。
プラスチックボール：各種，各サイズプラスチックボール。エンザイムイムノアッセイ等に使用されています。

Yamanouchi 山之内製薬株式会社

〒103-8411 東京都中央区日本橋本町2－3－11

設立年月日：	昭和14年3月20日
資本金：	987億9,600万円（'00.4.1）
代表者名：	竹中 登一
従業員数：	3,905名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. yamanouchi. com/
工場所在地：	〒425-0072：焼津市大住180
	TEL：054－627－5111
研究所所在地：	〒174-8511：板橋区小豆沢1－1－8
	TEL：03－3960－5111
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬事業本部 診断薬営業部
	TEL：03－5916－5555　FAX：03－5916－2608

〔展示主要商品〕

ホモジニアスEIA試薬／セディア　シリーズ

特長：セディア　シリーズは，日立・東芝・オリンパス・日本電子・島津等の汎用生化学自動分析装置にて測定可能で，かつ精度及び経済性に優れた血中薬物濃度測定試薬です。

〔取扱い商品〕

★セディア　シリーズ：・セディア-ジゴキシン・セディア-テオフィリンII・セディア-バルプロ酸・セディア-フェニトインII・セディア-フェノバルビタールII・セディア-カルバマゼピンII
★血清中可溶性インターロイキン2受容体測定試薬：セルフリ-IL-2R
★簡易血糖測定器：・アドバンテージII・アクトレンドGC
★尿中微量アルブミン測定用試験紙：BMテストMAU II
★尿簡易検査用試験紙：・BMテストマークIII・BMテストLシリーズ
★生化学検査システム：・レフロトロンS
★HBs抗原検出用キット：・リバースセル
★HBs抗体検出用キット：・リバースセルAb
★血清フェリチン測定試薬キット：・フェリチンテスト「山之内」
★血液検査用器具：山之内ディスポーザブル赤沈管

有限会社 山久化成

〒206-0022 多摩市聖ヶ丘2—18—6—501

設立年月日：	平成6年5月12日
資本金：	300万円
代表者名：	山田 倫久
従業員数：	
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：042—389—4744　　FAX：042—389—4819

〔展示主要商品〕

検査総合管理システム／マインズ

特長：検査の受付から報告まで，採血管の準備，検体の小分け，小検体用容器へのラベル貼りを行う検査の総合管理システム。WindowsNT 対応，バーコード対応，低価格。

〔取扱い商品〕

1．検査総合管理システム
　・「マインズ」検査の受付から報告まで，
2．自動検体小分け装置
　・SasuGer180　　親検体200本／時間
　・SasuGer200　　親検体200本／時間
3．自動検体容器ラベル貼り機
　・AutoSuratt SP　　親検体用ラベル貼り機
　・AutoSuratt DC　　子検体用ラベル貼り機
4．HbA_{1c} 用検体希釈装置
　・PiaTreat 50α（約500検体／時間処理）
　・PiaTreat 30　（約150検体／時間処理）
　・PiaTreat 200（約600検体／時間処理，400検体同時架設）
5．ラベルプリンター　NEP-4000　　バーコード印刷，カラー印刷可能
6．万能型多品種小容器充填ユニット（製造用試薬分注装置）
　多品種少量製造用半自動試薬分注装置（分注—中栓—キャッピング）

RADIOMETER COPENHAGEN ラジオメータートレーティング株式会社

〒153-0062 東京都目黒区三田1—12—23

設立年月日：	平成2年8月30日
資本金：	4億9,000万円
代表者名：	ペーター・シャノー
従業員数：	120名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部
	TEL：03—5704—8015　　FAX：03—5704—8055

〔展示主要商品〕

血液ガスシステム／ABL700シリーズ

特長：ABL700シリーズは，患者サイドと検査室ラボの両方に適した血液ガスシステムです。比類ない正確さ，簡単な取り扱い，パワフルなデータ管理，最新のソフトウェアによるネットワーク対応などの特長があります。

〔取扱い商品〕

血液ガスシステム	ABL700シリーズ，ABL555シリーズ，ABL77
経皮血液ガスモニター	TCM3，TCM30
精度管理溶液	クオリチェック，マルチチェック
動脈血サンプラー	PICO
緊急検査データ管理システム	RADIANCE

Roche ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2－6－1 日本ロシュビル

設立年月日：	1998年8月1日
資本金：	25億円
代表者名：	倉島 君夫
従業員数：	400名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.rdj.co.jp/
工場所在地：	〒247-0063：鎌倉市梶原200
	TEL：0467－47－2260
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 診断システム本部
	TEL：03－5443－7041(代表) FAX：03－5443－7114

〔展示主要商品〕

7600 シリーズ

特長：生化学，免疫血清，血液凝固，遺伝子と検査室におけるほぼすべての分野の分析機をラインナップ。皆様方の検査室においての効率性，経済性，信頼性の向上，そして省スペース化に至るまで，あらゆる商品・サービスをご提供させていただきます。

〔取扱い商品〕

〈モジュールアッセンブリ方式全自動免疫測定装置〉
- 7600-001S，7600-002S

〈生化学自動分析装置〉
- COBAS INTEGRA 800/400

〈免疫血清自動分析装置〉
- ECLusys 2010
- COBAS CORE II

〈PCR 自動分析装置〉
- COBAS AMPLICOR

〈血液凝固自動分析装置〉
- STA-R
- STA Compact

Whatman ワットマンジャパン株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野3－1－2 秋葉原新高第一生命ビル6F

設立年月日：	1983年9月19日
資本金：	5,000万円
代表者名：	代表取締役 中村 光宏
従業員数：	32名('99年6月現在)
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒 ：Whatman-International Ltd. Maidstone, Kent, England
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：Whatman International Ltd. Maidstone, Kent, England
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： ヘルスケアビジネス
	TEL：03－3832－6707 FAX：03－3832－6457

〔展示主要商品〕

ピュラバインド PuraBind™ ＆イムノポア Immunopore™（ニトロセルロースメンブレン）

特長：診断薬デバイス製造用素材です。
界面活性剤やその他の添加物が含まれていないピュアなメンブレンなので，デバイスメーカーで独自の後処理ができるピュラバインドとあらかじめブロッキング処理がしてあるのでそのままの状態で長期間の保存が可能なイムノポア。
その他に，血球分離フィルターや最適な処理を施したラピッドQ等診断薬デバイス用に周辺の素材，また医療デバイス用のフィルター素材や薬剤スローリリースデバイス用の膜などもご用意しております。技術サービスも含め，お客様の目的に合った素材をご提供させていただきます。

〔取扱い商品〕

ピュラバインド，イムノポア （ニトロセルロースメンブレン）
ラピッドQ，F075 （コンジュゲートリリースパッド）
血球分離フィルター
サンプル採取保存紙 （血液・唾液・尿・便），吸水紙
医療デバイス用フィルター
サイクロポア（トラックエッジド・メンブレン）
アノポア （ハニカム構造の無機膜）

和光純薬工業株式会社

Wako

〒541-8605 大阪市中央区道修町３－１－２

設立年月日：	大正11年
資本金：	23億3,156万円
代表者名：	田中 幹晃
従業員数：	1,600名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.wako-chem.co.jp/
工場所在地：	〒510-1222：三重県三重郡菰野町大字大強原2613－2
	TEL：0593－93－4881
研究所所在地：	〒661-0963：尼崎市高田町６－１
	TEL：06－6499－1501
商品問合せ先：	担当部門　：　臨床検査薬部　カスタマーサポートセンター
	TEL：03－3270－9134　　FAX：03－5204－6728

〔展示主要商品〕

全自動便潜血免疫分析装置／JIA-HB200

特長：●200検体／時間の高速処理　●多点検量キャリブレーションは自動希釈系列機構を搭載　●廃棄物は吸収パットで除臭していますので，いつもクリーンです。

AACC　American Association for Clinical Chemistry

AACC は，臨床化学，Biochemistry，免疫学，病理学，毒物学，分子病理学などを専門とする10,000人の会員を擁する非営利の学術的，国際的な協会で，1948年創立した長い歴史をもっております。

AACC は，検査医学領域の最新の研究情報を収載した「Clinical Chemistry Journal」を毎月会員に提供しており，年１回開催の Annual Meeting では，800題を越す臨床化学分野の研究報告が行われ，併設の世界的規模の展示会にはアメリカ国内および海外から数百の出展社および40,000人を越える見学者を迎えております。

AACC には，次の部門があり，それぞれ専門「News Letter」を発行しております。①動物臨床化学　②栄養学　③免疫学　④分子病理学　⑤電解質　⑥小児科学　⑦電解質・血液ガス　⑧管理科学　⑨臨床検査の歴史　⑩蛋白およびリポ蛋白　⑪TDM および毒物学　⑫Laboratory-情報システム

AACC 入会希望の方は，申込書および年会費 $130.00を下記あてに送付して下さい。

American Association for Clinical Chemistry, Inc.
2101 L St., NW, Suite 202
Washington, DC 20037-1526
Tel : 1-202-857-0717, ext. 739
Fax : 1-202-833-4576
E-mail : cdonnell@aacc. org
Home Page : http: //www. aacc. org

AACC 総会予定

第53回　2001年７月29日～８月２日　シカゴ
第54回　2002年７月28日～８月１日　オーランド
第55回　2003年７月20日～７月24日　フィラデルフィア

展示に関しては下記にお問い合わせ下さい。

Sherago International Inc.
11 Penn Plaza・Suite 1003・New York, NY10001
Tel：+1-(212)643-1750・Fax：+1-(212)643-1758/57

MEDICA 運営事務局・デュッセルドルフ見本市会社

Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf, Germany

設立：1947年
代表者名：Hartmut Krebs（ハルトムート　クレーブス）
従業員数：480名
本社：ＴＥＬ：+49-211-456001　Fax：+49-211-4560668
問い合わせ先：㈱メッセ・デュッセルドルフ日本
ＴＥＬ：03—5210—9951　Fax：03—5210—9959

〈展示品〉

MEDICA 国際医療機器専門見本市＋会議のインフォメーション
MEDICA は1969年以来デュッセルドルフで毎年開催される医療機器を専門に扱った見本市で初回以来発展を続け1999年度の開催では世界54カ国から3,289社の企業の出展と78カ国から122,300人の来場者が記録されています。
MEDICA は最初の開催以来医療分野の市場のニーズをそのまま反映し続け，今や世界第一級の専門見本市としての地位を確立させました。

〈展示分野〉以下の分野に属するものが展示品となります。

電子医療機器　医療機器　ラボ技術　診断技術　薬品　EDP
整形外科技術　消耗品　ディスポ製品　サービス
病院用家具　ランドリー機器　病院用厨房設備　配膳システム
清掃機器　消毒機器　情報処理システム　救急医療

BIVDA
(The British In Vitro Diagnostics Association)

1 Queen Anne's Gate, London SW1119BT, England UK

TEL：+44171-957-4633　FAX：+44171-957-4644
E-mail：bivda@compuaerve,com
Home page：http://www.bivda.co.uk
担当者：Mr Bill Cunningham
主な活動：臨床検査機器サプライヤー協会
設立：1992年
英国内の臨床検査診断薬分野でビジネスを展開している95社がメンバーとなっています。BIVDA はヨーロッパの診断薬製造業協会（EDAM）に対しては英国診断薬業界の利益を代弁し，EDAM はヨーロッパ，特にヨーロッパ委員会にたいして臨床検査診断薬業界全体の利益を代表します。
BIVDA は英国で活発に事業を展開している製造業者と商社の両方を会員にもち，海外に本拠を置く会社もメンバーになる事ができます。
BIVDA では英国の臨床検査診断薬市場に興味を持つ会社からの問い合わせには誠意を思って対応しています。日本の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

（JACLA と BIVDA は海外の友好団体として提携しております）

展示会社　住所録

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
株式会社アイアールメディカル	本社	134-0088	江戸川区西葛西5－5－6	(03) 3688—4026	(03) 3688—2445
株式会社アイディエス	本社	862-0938	熊本市長嶺東8—14—30	(096) 380—4225	(096) 389—2077
	東京連絡事務所	150-0002	渋谷区渋谷1－4－6　ニュー青山ビル701	(03) 5469—9314	(03) 5469—9316
	大阪連絡事務所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1－6－14　新大阪第2日大ビル611号	(06) 6370—1850	(06) 6370—1851
アークレイ株式会社	本社クリニケーションカンパニー	601-8045	京都市南区東九条西明田町57	(075) 672—6386	(075) 671—8289
	東京支店	104-0033	中央区新川2－9－9　SHビル2F	(03) 5541—3451	(03) 5541—3455
	大阪支店	564-0063	吹田市江坂町1—16—31　KIMビル4F	(06) 6337—9753	(06) 6337—8313
	札幌営業所	062-0053	札幌市東区北22条東10—3－3	(011) 750—5888	(011) 741—3088
	仙台営業所	981-3133	仙台市泉区泉中央1—37—1	(022) 218—4131	(000) 218—4136
	大宮営業所	330-0034	大宮市土呂町2—44　ウェルズ土呂	(048) 668—1331	(048) 688—1320
	横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜2—13—6	(045) 474—0184	(045) 474—0194
	名古屋営業所	465-0095	名古屋市名東区高社1—248　三陽ドーリエビル	(052) 777—1601	(052) 777—1603
	広島営業所	733-0022	広島市西区天満町6—12　岩崎ビル104号	(082) 294—0533	(082) 294—0573
	福岡営業所	815-0081	福岡市南区那の川4－4－3　第3MKビル	(092) 526—1407	(092) 526—1409
アジア器材株式会社	本社	194-0022	町田市森野2—27—12	(042) 723—4670	(042) 728—0163
株式会社アズウェル	本社	540-8575	大阪市中央区石町2－2－9	(06) 6941—0308	(06) 6941—4861
	札幌支店	060-0007	札幌市中央区北7条西13—9—1	(011) 281—3000	(011) 281—3250
	仙台支店	984-0046	仙台市若林区二軒茶屋1－6	(022) 295—0631	(022) 295—0635
	東京支店	103-0023	中央区日本橋本町3－6－2	(03) 5695—4144	(03) 5695—4190
	名古屋支店	460-0002	名古屋市中区丸の内2－6—11	(052) 211—4641	(052) 211—4645
	金沢支店	920-0805	金沢市小金町9—20	(076) 252—1921	(076) 252—2167
	大阪支店	571-0044	門真市松生町4－6	(06) 6909—7645	(06) 6909—4960
	高松支店	761-0101	高松市春日町1706	(0878) 41—3088	(0878) 43—8148
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町11—4	(082) 221—2954	(082) 221—2969
	福岡支店	810-0004	福岡市中央区渡辺通3—10—5	(092) 751—5054	(092) 771—3678
アボット東芝ダイアグノスティックス株式会社	本社	113-0034	文京区湯島4－1—11	(03) 3815—2921	(03) 3815—4347
	北海道営業所	060-0003	札幌市中央区北3条西4	(011) 231—9116	(011) 231—9169
	東北営業所	980-0804	仙台市青葉区大町2－2—10	(022) 262—3511	(022) 263—9467
	関東営業所	331-0852	大宮市桜木町1－7－5	(048) 644—4362	(048—644—4875
	首都圏営業支店	104-0031	中央区京橋1—19—8	(03) 3562—0211	(03) 3564—2860

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	中部営業所	450-0003	名古屋市中村区名駅南１－４－12	(052) 581－9310	(052) 582－7615
	関西営業所	530-0047	大阪市北区西天満５－２－18	(06) 6362－6341	(06) 6365－6424
	中国営業所	730-0031	広島市中区紙屋町１－２－22	(082) 248－2421	(082) 247－5951
	四国営業所	760-0023	高松市寿町１－３－２	(087) 851－3786	(087) 822－5685
	九州営業所	810-0004	福岡市中央区渡辺通２－１－82	(092) 712－5811	(092) 731－3502
アロカ株式会社	本　　社	181-8622	三鷹市牟礼６－22－１	(0422) 45－5111	(0422) 45－7751
	札幌支店	065-0033	札幌市東区北33条東10－５－15	(011) 722－2205	(011) 722－2208
	仙台支店	980-0803	仙台市青葉区国分町３－９－８　田山ビル	(022) 262－7181	(022) 261－5310
	水戸支店	310-0905	水戸市石川２－4249－５	(029) 255－1811	(029) 255－1812
	名古屋支店	468-0051	名古屋市天白区植田３－803	(052) 805－2660	(052) 805－2283
	大阪支店	530-0004	大阪市北区堂島浜１－４－28　日本無線㈱関西支社ビル	(06) 6344－5391	(06) 6344－5396
	広島支店	733-0035	広島市西区南観音５－９－７	(082) 292－0019	(082) 292－6329
	高松支店	760-0079	高松市松縄町字宮西291	(087) 866－6012	(087) 866－6021
	福岡支店	812-0054	福岡市東区馬出４－３－10	(092) 633－3131	(092) 633－3621
	熊本支店	862-0975	熊本市新屋敷１－８－１　森田ビル	(096) 366－9201	(096) 364－2164
株式会社イーアールシー	本　　社	101-0032	千代田区岩本町１－５－８	(03) 3861－8977	(03) 3861－5787
株式会社医学生物学研究所	本　　社	460-0002	名古屋市中区丸の内３－５－10　住友商事丸の内ビル５Ｆ	(052) 971－2081	(052) 971－2337
	札幌営業所	060-0809	札幌市北区北９条西４－７　エルムビル10F	(011) 717－6547	(011) 717－6546
	東北営業所	960-1242	福島市松川町美郷４－１－１　㈱ゲノムサイエンス研究所内	(024) 537－2480	(024) 537－2481
	首都圏統轄営業所	173-0004	板橋区板橋２－９－３　日本鋼管工事埼京ビル４Ｆ	(03) 5248－2861	(03) 5248－2930
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内３－５－10　住友商事丸の内ビル５Ｆ	(052) 972－0470	(052) 971－2065
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島３－３－４　SPビル７Ｆ	(06) 6305－2039	(06) 6305－6255
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東３－１－４　タカ福岡ビル５Ｆ	(092) 481－0530	(092) 481－0537
	伊那研究所	396-0002	伊那市大字手良沢岡字大原1063－103	(0265) 76－1777	(0265) 76－0584
株式会社イマインターナショナル	本　　社	106-0041	港区麻布台１－７－３　神谷町スクエアビル８Ｆ	(03) 5563－1368	(03) 5563－1398
株式会社エイアンドティー	本　　社	206-0011	多摩市関戸２－24－27　三ッ木聖蹟桜ヶ丘ビル	(042) 357－8511	(042) 357－8529
	札幌オフィス	003-0022	札幌市白石区南郷通13－南３－１	(011) 864－1165	(011) 864－1162
	盛岡オフィス	020-0127	盛岡市前九年３－13－３	(019) 647－1033	(019) 647－0266
	東京オフィス	206-0011	多摩市関戸２－24－27　三ッ木聖蹟桜ヶ丘ビル	(042) 357－8517	(042) 357－8528
	名古屋オフィス	465-0025	名古屋市名東区上社１－1304	(052) 776－3105	(052) 776－0126

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	大阪オフィス	560-0082	豊中市新千里東町1－4－2　千里ライフセンタービル17F	(06) 4863—7737	(06) 4863—7750
	広島オフィス	731-0138	広島市安佐南区祇園3－4－11	(082) 875—9823	(082) 875—9833
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東1—16—19　博多昭和ビル	(092) 414—4333	(092) 414—4355
栄研化学株式会社	本社	113-8408	文京区本郷1－33－8	(03) 3813—5401	(03) 3813—1207
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西14－3－23　札幌泉ビル	(011) 281—5401	(011) 281—5404
	仙台営業所	980-0011	仙台市青葉区上杉2－3－7　K2小田急ビル7F	(022) 712—2882	(022) 712—2881
	東京第1/2営業所	130-0026	墨田区両国1－12－8　ムネカワビル	(03) 3634—4461	(03) 3634—4114
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3－8－8　小島ビル	(052) 951—3022	(052) 971—1146
	京都営業所	604-0857	京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町280　第百生命ビル	(075) 212—7277	(075) 212—7288
	大阪営業所	541-0052	大阪市中央区安土町3－3－9　田村駒ビル3F	(06) 6264—5312	(06) 6264—5322
	広島営業所	733-0812	広島市西区己斐本町2—12—30　SKビル	(082) 271—5319	(082) 272—1272
	高松営業所	760-0056	高松市中新町12—1　徳寿ビル	(087) 837—7787	(087) 837—2393
	福岡営業所	810-0001	福岡市中央区天神4－2—36　天神栄泉ビル	(092) 751—2227	(092) 711—7085
株式会社エスアールエル	本社	190-8567	立川市曙町2—41—19　安田火災立川ビル	(042) 526—7111	
	八王子ラボラトリー	192-0031	八王子市小宮町51	(0426) 46—5911	
	営業所		全国一円に70ヶ所		
エム・シー・メディカル株式会社	本社	160-8355	新宿区西新宿7－5—25　西新宿木村屋ビル	(03) 5330—7861	(03) 5330—0499
	東京支店	160-8355	新宿区西新宿7－5—25　西新宿木村屋ビル	(03) 5330—7863	(03) 5330—7867
	大阪支店	542-0081	大阪市中央区南船場2－1—10　船場モンブランビル	(06) 6271—7855	(06) 6271—1012
	九州支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東3—13—21　エフビル	(092) 476—0833	(092) 476—0832
大塚製薬株式会社	本社	101-8535	千代田区神田司町2－9	(03) 3292—0021	
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社	本社，東京オフィス	135-0016	江東区東陽6－3－2　イースト21タワー	(03) 5632—7300	(03) 5632—7338
	北海道オフィス	060—0042	札幌市中央区大通西12—4	(0120) 03—6527	
	東北オフィス	980-0021	仙台市青葉区中央4—10—3	〃	
	大宮オフィス	330-0844	大宮市下町2—16—1—102	〃	
	船橋オフィス	273-0005	船橋市本町1—18—10	〃	
	横浜オフィス	222-0033	横浜市港北区新横浜3—20—12	〃	
	名古屋オフィス	460-0002	名古屋市中区丸の内1－4—12	〃	
	大阪オフィス	532-0003	大阪市淀川区宮原3－5—36	〃	
	広島オフィス	732-0824	広島市南区的場町1－2—18	〃	

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅前東1－3－10	〃	
小野薬品工業株式会社	本社	541-8526	大阪市中央区道修町2－1－5	(06) 6222－5551	(06) 6227－1668
	東京試薬部	101-0041	千代田区神田須田町2－5	(03) 5296－3715	(03) 5296－3736
	札幌支店	003-0011	札幌市白石区中央1条2－15－1	(011) 841－8611	(011) 832－2168
	仙台支店	980-0011	仙台市青葉区上杉3－4－8	(022) 221－3676	(022) 263－8392
	名古屋支店	460-0002	名古屋市中区錦3－2－4	(052) 961－6421	(052) 971－0152
	京都支店	600-8311	京都市下京区若宮通五条下ル毘沙門町35	(075) 352－4861	(075) 352－4881
	神戸支店	651-0086	神戸市中央区磯上通7－1－8　三宮インテス5F	(078) 232－0051	(078) 232－0054
	広島支店	732-0052	広島市東区光町2－11－6	(082) 264－5521	(082) 264－5553
	高松支店	760-0002	高松市茜町19－15	(087) 883－5400	(087) 833－5142
	福岡支店	812-0023	福岡市博多区奈良屋町2－12	(092) 281－1154	(092) 272－1244
オルガノ株式会社	本社(機器事業部)	136-8631	江東区新砂1－2－8	(03) 5635－5191	(03) 3699－7220
	札幌支店	060-0907	札幌市東区北7条東5－8－37	(011) 704－1132	(011) 751－2622
	仙台支店	980-0811	仙台市青葉区一番町4－1－1	(022) 261－6801	(022) 264－3035
	名古屋支店	450-0002	名古屋市中村区名駅4－5－20	(052) 583－1861	(052) 583－1866
	大阪支店	530-0003	大阪市北区堂島1－5－17	(06) 6341－2675	(06) 6341－0646
	広島支店	730-0011	広島市中区基町12－3	(082) 228－9977	(082) 228－2811
	福岡支店	810-0012	福岡市中央区白金1－17－8	(092) 526－7833	(092) 526－7922
オリンパス販売株式会社	東京販売部	101-0062	千代田区神田駿河台3－4　龍名館ビル	(03) 3251－9491	(03) 3251－9820
	札幌支店	060-0034	札幌市中央区北4条東1－2－3　札幌フコク生命ビル	(011) 222－2551	(011) 222－2587
	仙台支店	981-3133	仙台市泉区泉中央1－13－4　泉エクセルビル	(022) 218－7196	(022) 218－9179
	大宮支店	331-8669	大宮市桜木町1－7－5　ソニックシティビル	(048) 644－8122	(048) 641－0184
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦2－19－25　日本生命広小路ビル	(052) 201－9601	(052) 201－9146
	大阪支店	542-0081	大阪市中央区南船場2－12－26　オリンパス大阪センター	(06) 6252－6697	(06) 6251－0094
	金沢支店	920-0961	金沢市香林坊1－2－24　千代田生命金沢ビル	(076) 222－3434	(076) 262－2318
	広島支店	730-0013	広島市中区八丁堀16－11　日本生命広島第2ビル	(082) 228－1921	(082) 222－0184
	福岡支店	810-0001	福岡市中央区天神1－14－1　日本生命福岡ビル	(092) 711－1881	(092) 712－1605
オルガノンテクニカ株式会社	本社	151-0051	渋谷区千駄ヶ谷4－14－4　SKビル千駄ヶ谷	(03) 3475－2180	(03) 3475－2190
	盛岡駐在所	020-0831	盛岡市三本柳9地割33－1	(019) 639－0939	(019) 639－0947
	仙台営業所	981-1106	仙台市太白区鹿野3－1－24	(022) 304－2161	(022) 304－2162

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	東京第一営業所	151-0051	渋谷区千駄ヶ谷4—14—4　SKビル千駄ヶ谷	(03) 3475—2188	(03) 3475—2190
	東京第二営業所	151-0051	渋谷区千駄ヶ谷4—14—4　SKビル千駄ヶ谷	(03) 3475—2188	(03) 3475—2190
	名古屋営業所	464-0034	名古屋市千種区清住町3—64—4	(052) 782—8833	(052) 782—8831
	大阪営業所	541-0045	大阪市中央区道修町1—2—4　大和道修町ビル4F	(06) 6232—1116	(06) 6232—1147
	広島営業所	733-0022	広島市西区天満町7—5　第二西村ビル403	(082) 295—8138	(082) 291—9162
	福岡営業所	812-0111	福岡市城南区茶山1—2—50	(092) 852—7795	(092) 852—7925
	大崎ロジスティクセンター	142-0063	品川区荏原1—19—17	(03) 5751—3941	(03) 5751—3938
株式会社カイノス	本社	113-0033	文京区本郷2—38—18	(03) 3816—4485	(03) 3816—6517
	札幌営業所	060-0807	札幌市北区北7条西4—1—2	(011) 737—5290	(011) 737—5292
	仙台営業所	982-0012	仙台市太白区長町南3—3—43	(022) 249—5527	(022) 249—7544
	東京営業所	113-0033	文京区本郷2—38—18	(03) 3816—4481	(03) 3816—4110
	名古屋営業所	464-0802	名古屋市千種区星ヶ丘元町14—70	(052) 783—1364	(052) 783—1365
	大阪営業所	533-0031	大阪市東淀川区西淡路1—1—32	(06) 6370—1131	(06) 6370—7710
	広島営業所	730-0014	広島市中区上幟町7—3	(082) 224—1480	(082) 224—1481
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東1—14—34	(092) 441—6996	(092) 441—6997
関東化学株式会社	本社	103-8412	中央区日本橋本町3—2—8	(03) 3279—1751	(03) 3279—5560
	臨床検査薬部	103-0023	中央区日本橋本町3—11—5　マルサンビル	(03) 3667—8061	(03) 3667—6891
	大阪支店	541-0048	大阪市中央区瓦町2—5—1	(06) 6222—3709	(06) 6223—1729
	福岡支店	812-0007	福岡市博多区東比恵2—22—3	(092) 414—9361	(092) 414—9356
	札幌営業所	004-0811	札幌市豊平区美しが丘1条8—4—1	(011) 882—1511	(011) 883—2538
	仙台営業所	983-0035	仙台市宮城野区日の出町1—7—9	(022) 284—0175	(022) 284—9816
	埼玉営業所	364-0013	北本市中丸3—82	(0485) 92—2361	(0485) 91—2550
	筑波営業所	300-2406	筑波郡谷和原村大字福岡2504—1	(0297) 52—4816	(0297) 52—4869
	広島営業所	739-0266	東広島市志和田町大字奥屋2353—1	(0824) 33—5351	(0824) 33—5340
	中京営業所	491-0922	一宮市大和町妙興寺字中之町4	(0586) 24—1725	(0586) 24—3038
キュノ株式会社	本社	240-0023	横浜市保土ヶ谷区岩井町1—7	(045) 337—1811	(045) 337—2495
協和メデックス株式会社	本社	104-0042	中央区入船2—1—1	(03) 3297—8103	(03) 3297—8113
	東京支店	104-0042	中央区入船2—1—1	(03) 3297—8111	(03) 3297—8115
	大阪支店	530-0001	大阪市北区梅田1—12—17	(06) 6346—4821	(06) 6346—4816
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西7—1	(011) 261—5455	(011) 261—5457

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町1—12—12	(022) 213—3821	(022) 213—3829
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3—21—25	(052) 962—7370	(052) 953—6010
	広島営業所	732-0827	広島市南区稲荷町2—16	(082) 261—9880	(082) 261—9882
	四国営業所	790-0001	松山市一番町3—2—11	(089) 941—8807	(089) 941—8905
	九州営業所	812-8663	福岡市博多区博多駅前2—2—1	(092) 474—5222	(092) 452—3369
	横浜出張所	220-0004	横浜市西区北幸2—8—4	(045) 324—2591	(045) 324—2597
久保田商事株式会社	本　　社	113-0033	文京区本郷3—29—9	(03) 3815—1331	(03) 3814—2574
	札幌出張所	001-0032	札幌市北区北32条西2—3—12	(011) 758—3920	(011) 758—3920
	仙台出張所	980-0004	仙台市青葉区宮町4—5—43	(022) 223—4927	(022) 223—4926
	つくば出張所	305-0033	つくば市東新井26—17	(0298) 56—3211	(0298) 56—5811
	新潟出張所	950-0982	新潟市堀之内南2—8—16	(025) 241—8407	(025) 241—8408
	名古屋出張所	460-0007	名古屋市中区新栄1—17—24	(052) 262—3705	(052) 262—3706
	大阪出張所	540-0013	大阪市中央区内久宝寺町4—2—17	(06) 6762—8471	(06) 6762—8473
	広島出張所	730-0049	広島市中区南竹屋町2—12	(082) 243—6514	(082) 243—6528
	四国出張所	790-0038	松山市和泉北2—6—31	(089) 946—1080	(089) 946—1080
	福岡出張所	812-0061	福岡市東区筥松1—6—11	(092) 621—1161	(092) 621—1162
興和オプチメド株式会社	本社,名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦3—6—29	(052) 963—3296	(052) 963—3297
	東京支店本部	103-0023	中央区日本橋本町3—4—14	(03) 3279—7514	(03) 3279—7541
	大阪支店	541-0074	大阪市中央区淡路町2—3—5	(06) 6204—6182	(06) 6204—6188
	仙台営業所	980-0801	仙台市青葉区木町通1—1—26	(022) 267—1784	(022) 211—6969
	広島営業所	730-0014	広島市中区上幟町8—20	(082) 502—8571	(082) 502—8570
	福岡営業所	812-0025	福岡市博多区店屋町4—15	(092) 271—2663	(092) 282—0392
国際試薬株式会社	本　　社	651-0083	神戸市中央区浜辺通2—1—30　三宮国際ビル6F	(078) 231—4151	(078) 232—0548
	札幌営業所	003-0023	札幌市白石区南郷通3—北1—1　中井ビル1F	(011) 862—1259	(011) 861—5380
	仙台営業所	980-0803	仙台市青葉区国分町1—8—14　仙台第2協立ビル4F	(022) 225—5607	(022) 225—5649
	大宮営業所	330-0843	大宮市吉敷町1—70　安田生命大宮ビル3F	(048) 657—0645	(048) 657—0646
	東京営業所	110-0016	台東区台東1—38—9　イトーピア清洲橋通ビル6F	(03) 5688—6761	(03) 5688—6789
	横浜営業所	231-0006	横浜市中区南仲通4—49　福久ビル4F	(045) 212—5391	(045) 212—4647
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内1—16—15　名古屋フコク生命ビル2F	(052) 201—1861	(052) 201—2250
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島5—14—5　新大阪INビル8F	(06) 6308—4650	(06) 6308—4670

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	広島営業所	730-0802	広島市中区本川町2－6－11　第7ウエノヤビル6F	(082) 294—0642	(082) 294—3966
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東2－13—34　エコービル5F	(092) 411—2187	(092) 475—4863
株式会社コスモテック	本社	101-0032	千代田区岩本町3－7－11	(03) 5687—5787	(03) 5687—5980
小林記録紙株式会社	本社	448-8656	刈谷市小垣江町北高根115	(0566) 26—5310	(0566) 26—5308
	医療事業部	460-0003	名古屋市中区錦1－17—13	(052) 222—3121	(052) 222—7135
株式会社サトー	本社	150-0002	渋谷区渋谷1－15－5	(03) 3797—9201	(03) 3797—9218
	国内営業本部	150-0013	渋谷区恵比寿4－9－10	(03) 5449—4410	(03) 5449—4464
	東京支社	150-0013	渋谷区恵比寿4－9－10	(03) 5449—3105	(03) 5449—9245
	大阪支社	564-0051	吹田市豊津町10—26　21センチュリービル	(06) 6369—5070	(06) 6369—5071
	札幌支店	060-0042	札幌市中央区大通り西18－2	(011) 631—4111	(011) 631—4118
	仙台支店	981-3133	仙台市泉区泉中央1－20－4	(022) 772—5011	(022) 772—5014
	名古屋支店	450-0002	名古屋市中村区名駅2－45—14	(052) 586—0016	(052) 586—0058
	広島支店	732-0052	広島市東区光町2－7－35	(082) 262—7011	(082) 262—2212
	福岡支店	811-2205	粕屋郡志免町大字別府680－1	(092) 626—1313	(092) 626—1300
	他7支店16営業所				
三共株式会社	本社	103-8426	中央区日本橋本町3－5－1	(03) 5255—7111	(03) 5255—7035
	銀座別館	104-8113	中央区銀座2－7－12	(03) 3562—7506	(03) 3562—7507
	他11支店				
三光純薬株式会社	本社	101-0032	千代田区岩本町1－10－6	(03) 3863—3271	(03) 3864—5644
	東京支店	101-0032	千代田区岩本町1－7－1	(03) 3863—3261	(03) 3862—3089
	大阪支店	532-0003	大阪市淀川区宮原5－8－5	(06) 6391—2501	(06) 6396—6488
	福岡支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東3－10—15	(092) 482—2751	(092) 482—2756
	札幌営業所	060-0906	札幌市東区北6条東2－8	(011) 711—3696	(011) 742—1957
	横浜営業所	231-0032	横浜市中区不老町3－12	(045) 641—2531	(045) 662—9945
	名古屋営業所	453-0839	名古屋市中村区長筬町5－49	(052) 412—3772	(052) 412—7825
	広島営業所	730-0022	広島市中区銀山町1－11	(082) 243—2678	(082) 243—4942
	高松営業所	760-0074	高松市桜町2－15—46	(087) 831—8964	(087) 835—9330
株式会社CNA	本社	812-0011	福岡市博多区博多駅前2－3－7　サンエフビル8F	(092) 476—1121	(092) 476—1131
	東京支店	141-0031	品川区西五反田2－23－1　スペースエリア飯嶋4F	(03) 5437—5921	(03) 5437—5922
	大阪支店	540-0026	大阪市中央区内本町1－1－10　カザマビル8F	(06) 6920—5348	(06) 6920—5349

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦1－3－4　三栄ビル8F	(052) 219—4315	(052) 219—4316
塩野義製薬株式会社	本社	541-0045	大阪市中央区道修町3－1－8	(06) 6202—2161	(06) 6222—1702
	東京支店	150-0002	渋谷区渋谷2—17—5　シオノギ渋谷ビル	(03) 3406—8111	(03) 5467—3405
	診断医学事業部	566-0022	摂津市三島2－5－1　摂津工場503工場2F	(06) 6381—7343	(06) 6382—4045
	診断薬部			〃 (内)5535	
シグマアルドリッチジャパン株式会社	本社	103-0004	中央区東日本橋1－1－7	(03) 5821—3111	(03) 5821—3170
シスメックス株式会社	本社	651-0073	神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1	(078) 265—0500	(078) 265—0524
	仙台支店	981-3133	仙台市泉区泉中央1—23—4　ノースファンシービル2F	(022) 375—7751	(022) 375—8603
	東京支店	113-0033	文京区本郷1—24—1　本郷MFビル	(03) 3814—5046	(03) 3815—0936
	名古屋支店	465-0092	名古屋市名東区社台3—85—1	(052) 775—8101	(052) 775—5217
	大阪支店	564-0063	吹田市江の木町17—1　江坂全日空ビル	(06) 6337—8300	(06) 6337—8200
	福岡支店	812-0016	福岡市博多区博多駅南4－9—24	(092) 411—4314	(092) 474—3862
島津エス・ディー株式会社	本社	604-8435	京都市中京区西ノ京三条坊町2—11	(075) 841—9112	(075) 812—8288
株式会社常光	本社	113-0033	文京区本郷3—19—4	(03) 3815—1717	(03) 3815—1759
	東京技術研究所	213-8588	川崎市高津区宇奈根731—1	(044) 811—9211	(044) 811—9209
	札幌支店	060-0807	札幌市北区北7条西2	(011) 736—1311	(011) 716—4701
	名古屋支店	460-0012	名古屋市中区千代田5－8—30	(052) 251—3878	(052) 251—3879
	大阪支店	530-0043	大阪市北区天満4—14—19	(06) 6353—2441	(06) 6353—2476
	福岡支店	812-0029	福岡市博多区古門戸3—12	(092) 281—5757	(092) 281—5760
	仙台営業所	984-0015	仙台市若林区卸町1－6—15	(022) 236—0972	(022) 236—0953
	新潟営業所	950-0836	新潟市東中野山3－5—15	(025) 277—3811	(025) 277—0522
	静岡営業所	439-0037	小笠郡菊川町西方154	(0537) 36—1126	(0537) 36—2169
	広島営業所	730-0048	広島市中区竹屋町3—22	(082) 241—3252	(082) 241—3253
スズキ株式会社	本社	432-8611	浜松市高塚町300		
	横浜研究所	224-0046	横浜市都筑区桜並木2－1	(045) 943—7111	(045) 943—7100
住友製薬株式会社	大阪本社	541-0044	大阪市中央区伏見町2－1－1	(06) 6229—5649	(06) 6233—2844
	東京支社	101-0062	千代田区神田駿河台3—11	(03) 5280—6641	(03) 5259—7792
セファテクノロジー株式会社	本社	573-1191	枚方市新町1—12—1	(072) 841—1151	(072) 841—1530
	京都事業部	613-0034	久世郡久御山町佐山新開地74—1	(0774) 46—2371	(0774) 46—2381
	岡山事業部	719-0302	浅口郡里庄町大字新庄金山6069	(0865) 64—6001	(0865) 64—6006

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
株式会社セントラル科学貿易	東京本社	111-0052	台東区柳橋1－8－1	(03) 5820—1500	(03) 5820—1515
	札幌営業所	001-0037	札幌市北区北37条西9－1－10	(011) 746—4442	(011) 746—4456
	大阪支店	533-0031	大阪市東淀川区西淡路1－1－36	(06) 6325—3171	(06) 6325—5180
	福岡営業所	812-0016	福岡市博多区博多駅南1－2－15	(092) 482—4000	(092) 482—3797
株式会社ダイアヤトロン	本社	010-0031	千代田区東神田2－1－11	(03) 3863—6241	(03) 3863—6276
	札幌営業所	060-0061	札幌市中央区南1条西6－11	(011) 271—6961	(011) 261—4870
	仙台営業所	980-0802	仙台市青葉区二日町16—15	(022) 723—5066	(022) 723—5068
	東京・東関東・西関東営業所	101-0031	千代田区東神田2－1－11	(03) 3863—8991	(03) 3863—6277
	名古屋営業所	465-0095	名古屋市名東区高社1－253	(052) 772—9561	(052) 775—6569
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1－18—31	(06) 6325—3621	(06) 6325—0057
	広島営業所	730-0802	広島市中区本川町3－3－23	(082) 291—4601	(082) 292—0451
	高松営業所	760-0068	高松市松島町2－5－6	(087) 831—5241	(087) 834—1043
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東3－14—21	(092) 471—7188	(092) 474—2142
第一化学薬品株式会社	本社	103-0027	中央区日本橋3－13－5	(03) 3272—0681	(03) 3281—0510
	首都圏営業所	103-0004	中央区東日本橋2－8－3	(03) 3272—0681	(03) 3851—7729
	東日本営業所	103-0004	中央区東日本橋2－8－3	(03) 3272—0681	(03) 3851—7729
	西日本営業所	540-0021	大阪市中央区大手通3－1－11	(06) 6941—8091	(06) 6947—1660
	北海道営業所	003-0006	札幌市白石区東札幌6条1－2－30	(011) 822—2345	(011) 822—2489
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町3－5－21	(022) 263—8560	(022) 263—8560
	中部営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内2－6－1	(052) 231—6626	(052) 231—6757
	中国営業所	732-0052	広島市東区光町1－10—19	(082) 261—7862	(082) 261—7863
	九州営業所	812-0015	福岡市博多区山王1－10—37	(092) 451—0511	(092) 474—4136
株式会社第一器業	本社	114-0024	北区西ヶ原3－25－1	(03) 3918—5496	(03) 3917—6062
	中央研究所	300-3261	つくば市花畑1－15—19	(0298) 64—4311	(0298) 77—1262
大扇産業株式会社	本社	534-0021	大阪市都島区本通1－15—17	(06) 6928—7441	(06) 6928—7445
	東京支店	170-0005	豊島区南大塚3－47－1　オーエスビル6F	(03) 3985—3466	(03) 3985—3477
	摂津流通センター	566-0035	摂津市鶴野3－7－14	(0726) 32—3666	(0726) 32—0338
	〈グループ企業〉				
	富山大扇工業㈱	930-0401	中新川郡上市町広野新269	(0764) 74—0336	(0764) 73—0338
	上海大扇塑料包装有限公司		上海市青浦县华新鎮周浜村		

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
ダイナボット株式会社	本　　社	106-8535	港区六本木1－9－9　六本木ファーストビル	(03) 3589—9441	(03) 3589—9591
	札幌営業所	060-0003	札幌市中央区北3条西1－1－1　ナショナルビル6F	(011) 219—1891	(011) 219—1870
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町2－10－28　千代田生命仙台本町ビル8F	(022) 265—2473	(022) 225—7811
	東京営業所	160-0015	新宿区西新宿2－4－1　新宿NSビル22F	(03) 5321—3271	(03) 5321—3272
	名古屋営業所	460-0013	名古屋市中区錦2－12－14　MANHYO第一ビル8F	(052) 232—7741	(052) 232—7747
	大阪営業所	532-0003	大阪市福島区福島5－6－16　阪神杉村ビルディング5F	(06) 6455—8051	(06) 6455—8052
	広島営業所	730-0051	広島市中区大手町5－2－22　山陽ビル2号館7F	(082) 245—7401	(082) 245—7834
	九州営業所	812-0039	福岡市博多区冷泉町5－32　第百KSビル4F	(092) 291—6651	(092) 291—4693
ダコ・ジャパン株式会社	本　　社	600-8493	京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル	(075) 211—3655	(075) 211—1755
	東京オフィス	101-0041	千代田区神田須田町2－3－16　千代田パリオンビル	(03) 5256—6436	(03) 5256—6431
デイドベーリング株式会社	本　　社	164-8721	中野区本町1－32－2	(03) 5365—8200	(03) 5365—8201
	札幌支店	060-0005	札幌市中央区北五条西6－2－2	(011) 251—5035	(011) 251—5135
	仙台支店	980-0802	仙台市青葉区二日町10－20	(022) 711—0577	(022) 711—0575
	東京支店	164-8603	中野区本町2－46－1	(03) 5352—6211	(03) 5352—6222
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦2－12－14	(052) 211—2755	(052) 211—2766
	大阪支店	564-0052	吹田市広芝町10－28	(06) 6378—2801	(06) 6378—2804
	福岡支店	810-0001	名古屋市中央区天神4－6－7	(092) 711—8677	(092) 711—7933
テカンジャパン株式会社	本　　社	183-0023	府中市宮町1－40	(042) 334—8855	(042) 334—0401
	東京支社	183-0023	府中市宮町1－40　明治生命府中ビル7F	(042) 369—9271	(042) 369—9274
	大阪支社	532-0011	大阪市淀川区西中島5－5－15　住友生命新大阪ビル	(06) 6305—8511	(06) 6305—3167
株式会社テクノメディカ	本　　社	224-0041	横浜市都筑区仲町台5－5－1	(045) 948—1961	(045) 948—1962
	名古屋支店	464-0850	名古屋市千種区今池4－4－9	(052) 741—1516	(052) 741—1517
	大阪支店	564-0062	吹田市垂水町1－28－6－501	(06) 6337—3432	(06) 6337—3482
	福岡支店	816-0088	福岡市博多区板付6－12－35	(092) 573—8860	(092) 573—8839
	札幌営業所	060-0063	札幌市中央区3条西12－325－2－305	(011) 271—3770	(011) 271—3760
	仙台営業所	984-0032	仙台市若林区荒井字堀添65－1	(022) 287—3771	(022) 287—3772
	甲信越営業所	380-0838	長野市県町460－2－102	(026) 238—7715	(026) 238—7716
	広島出張所	731-0122	広島市安佐南区中筋2－3－4－101	(082) 830—5103	(082) 830—5104
	金沢出張所	920-0342	金沢市畝田町西2－91	(076) 266—8105	(076) 266—8108
	松山出張所	791-8055	松山市清住2－1100－6	(089) 911—6331	(089) 911—6332

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
デンカ生研株式会社	本社	103-0025	中央区日本橋茅場町3－4－2　秀和第一茅場町ビル	(03) 3669—9091	(03) 3664—1005
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西18－1—26	(011) 615—2866	(011) 615—2867
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町1—13—24	(022) 264—1138	(022) 268—6084
	東京営業所	103-0025	中央区日本橋茅場町3－4－2　秀和第一茅場町ビル	(03) 3669—9091	(03) 3664—1023
	新潟営業所	950-0965	新潟市新光町17	(025) 285—8641	(025) 285—9872
	名古屋営業所	464-0851	名古屋市千種区今池南29—16	(052) 732—5561	(052) 732—3970
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島4－7—18	(06) 6307—7061	(06) 6307—7091
	福岡営業所	812-0012	福岡市博多区博多駅中央街8—20	(092) 414—7071	(092) 414—7073
株式会社東機貿	本社	106-0044	港区東麻布2－3－4	(03) 3586—1421	(03) 3586—4385
	東京営業部	140-0002	品川区東品川2－5－8　天王洲パークサイドビル	(03) 5461—3031	(03) 5461—3041
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島1—14—17	(06) 6308—8311	(06) 6308—8353
	札幌営業所	060-0809	札幌市北区北9条西4　エルムビル5F	(011) 717—0350	(011) 758—3901
	仙台営業所	980-0824	仙台市青葉区支倉町4—34　マルキンビル4F	(022) 211—4551	(022) 211—4510
	名古屋営業所	465-0025	名古屋市名東区上社1—407	(052) 775—7800	(052) 775—7830
	九州営業所	812-0031	福岡市博多区沖浜町11—10　サンイースト福岡6F	(092) 271—4695	(092) 271—4669
東京貿易株式会社	本社	104-8510	中央区八丁堀2—13—8	(03) 3555—7353	(03) 3555—7369
東ソー株式会社	東京本社	105-8623	港区芝3－8－2	(03) 5427—5181	(03) 5427—5520
	仙台支店	980-0811	仙台市青葉区一番町2－4－1	(022) 266—2341	(022) 267—5745
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦1—17—13	(052) 211—5730	(052) 211—5740
	大阪支店	530-0004	大阪市北区堂島浜1－2－6	(06) 6344—3857	(06) 6344—4186
	福岡支店	810-0001	福岡市中央区天神1—13—2	(092) 781—0481	(092) 751—7015
	山口営業所	746-8501	新南陽市開成町4560	(0834) 63—9888	(0834) 63—6627
東洋器材科学株式会社	本社	335-0003	蕨市南町4—10—18	(048) 447—3381	(048) 431—4685
東洋紡エンジニアリング株式会社	本社	530-0003	大阪市北区堂島2－1—16　フジタ東洋紡ビル	(06) 6348—3357	(06) 6348—9455
	東京本社	103-8530	中央区日本橋小網町17－9　東洋紡ビル	(03) 3661—1818	(03) 3661—3655
	北陸営業所	914-0047	敦賀市東洋町10—24　東洋紡敦賀工場内	(0770) 25—3777	(0770) 25—1108
	滋賀営業所	520-0243	大津市堅田2－1－1　東洋紡総合研究所内	(0775) 73—1330	(0775) 73—4259
	山口屋支店	740-0033	岩国市灘町1－1　東洋紡岩国工場内	(0827) 31—5570	(0827) 32—2033
	京都営業所	612-8427	京都市伏見区竹田真幡木町22	(075) 646—0280	(075) 647—0037
東洋紡績株式会社	本社	530-8230	大阪市北区堂島浜2－2－8	(06) 6348—3335	(06) 6348—3833

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	支社	103-8530	中央区日本橋小網町17－9	(03) 3660—4800	(03) 3660—4951
長瀬産業株式会社	東京本社	103-8355	中央区日本橋小舟町5－1	(03) 3665—3174	(03) 3665—3723
	大阪本社	550-8668	大阪市西区新町1－1－17	(06) 6535—2612	(06) 6535—2470
	名古屋支店	460-8560	名古屋市中区丸の内3－14－18	(052) 963—5648	(052) 963—5639
株式会社ニチリョー	本社	101-0032	千代田区岩本町2－4－10　共同ビル	(03) 5820—2411	(03) 5820—2410
	工場	343-0822	越谷市西方2760－1	(0489) 89—1301	(0489) 89—1333
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1－6－14　新大阪第2日大ビル	(06) 6324—0894	(06) 6324—0895
株式会社ニチレイ	本社	104-8402	中央区築地6－19－20	(03) 3248—2208	(03) 3248—2243
	関西事務所	541-0056	大阪市中央区久太郎町1－4－8	(06) 6263—2462	(06) 6263—2465
日水製薬株式会社	本社	170-0002	豊島区巣鴨2－11－1	(03) 3918—8161	(03) 3918—4515
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西10－4	(011) 242—8566	(011) 242—8570
	仙台営業所	980-0801	仙台市青葉区木町通2－1－60	(022) 234—5350	(022) 272—4216
	東日本産業試薬営業所	330-0802	大宮市宮町1－24	(048) 644—7786	(048) 644—7831
	東京営業所 関東営業所	170-0002	豊島区巣鴨2－11－1	(03) 3940—6461	(03) 3918—8533
	名古屋営業所	460-0024	名古屋市中区正木4－8－7	(052) 682—2818	(052) 681—7536
	大阪営業所	550-0003	大阪市西区京町堀2－12－19	(06) 6449—1500	(06) 6449—1505
	広島営業所	730-0811	広島市中区中島町9－1	(082) 243—2235	(082) 241—4715
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多東2－5－37	(092) 475—7511	(092) 475—7666
ニットーボーメディカル株式会社	東京本社	103-0007	中央区日本橋富沢町5－5	(03) 3660—8595	(03) 3660—8602
	大阪支店	541-0043	大阪市中央区高麗橋4－3－10	(06) 6208—4957	(06) 6208—4976
	札幌営業所	003-0027	札幌市白石区本通り7－北1－33	(011) 866—7001	(011) 866—7012
	仙台営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町1－3－1	(022) 266—8956	(022) 266—8998
	名古屋営業所	460-0003	名古屋市中区錦1－17－13	(052) 231—5138	(052) 231—0158
	広島営業所	730-0029	広島市中区三川町2－11	(082) 241—8245	(082) 541—8245
	福岡営業所	810-0011	福岡市博多区博多駅前1－2－5	(092) 475—1155	(092) 475—1156
ニップンテクノクラスタ株式会社	本社	169-0075	新宿区高田馬場1－30－15　TLビル3F	(03) 5287—6761	(03) 5287—6765
株式会社ニプロ	本社	531-0072	大阪市北区豊崎3－3－13	(06) 6373—3155	(06) 6373—3156
	札幌支店	060-0008	札幌市中央区北9条西19－35	(011) 631—7311	(011) 631—7314
	仙台支店	980-0802	仙台市青葉区二日町8－6	(022) 268—7756	(022) 268—7743
	関東第一支店	331-0043	大宮市大成町4－421－2	(048) 666—3721	(048) 666—3772

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	東京第一支店	113-0033	文京区本郷4－3－4　ニッショービル2F	(03) 3818—0425	(03) 3818—0469
	名古屋支店	465-0024	名古屋市名東区本郷2—91	(052) 77—1010	(052) 777—1015
	京都支店	606-8204	京都市左京区田中下柳町36	(075) 752—0820	(075) 752—0824
	関西第一支店	531-0072	大阪市北区豊崎3－3—13	(06) 6373—0555	(06) 6373—0385
	中国支店	731-0135	広島市安佐南区長束3—45—3	(082) 238—8307	(082) 238—8631
	九州第一支店	816-0935	大野城市錦町2－2—12	(092) 574—3731	(092) 574—1748
日本グラフィックス株式会社	本社	190-0012	立川市曙町2—28—26　レモンビル2F	(042) 526—3011	(042) 526—3284
日本ケミファ株式会社	本社	101-8678	千代田区岩本町2－2－3	(03) 3851—2974	(03) 3862—2645
	東日本地区	101-8678	千代田区岩本町2－2－3	(03) 3851—2974	(03) 3862—2645
	中部地区	460-0022	名古屋市中区金山5—15—9	(052) 882—5310	(052) 872—1390
	近畿地区	550-0002	大阪市西区江戸堀1—26—20	(06) 6448—1863	(06) 6448—1866
	中国・四国地区	730-0856	広島市中区河原町1—26	(082) 296—4825	(082) 296—4755
日本光電工業株式会社	本社	161-8560	新宿区西落合1—31—4	(03) 5996—8000	(03) 5996—8085
	販社、営業所		全国12販社、114営業所		
日本電子株式会社	東京支店	190-0012	立川市曙町2－8－3　新鈴春ビル6F	(042) 528—3341	(042) 528—3488
	札幌支店	001-0015	札幌市北区北15条西4—21　NRKビル	(011) 726—9680	(011) 717—7305
	仙台支店	980-0021	仙台市青葉区中央2－2－1　仙台三菱ビル	(022) 222—3324	(022) 265—0202
	筑波支店	305-0033	つくば市東新井18—1	(0298) 56—3220	(0298) 56—1639
	横浜支店	222-0033	横浜市港北区新横浜3－6－4　新横浜千歳観光ビル	(045) 474—2181	(045) 474—2180
	名古屋支店	450-0001	名古屋市中村区那古野1—47—1　名古屋国際センタービル	(052) 581—1406	(052) 581—2887
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島5—14—5　新大阪INビル	(06) 6304—3941	(06) 6304—7377
	広島支店	732-0827	広島市南区稲荷町1－2　東邦生命ビル	(082) 261—3790	(082) 264—5271
	高松支店	760-0023	高松市寿町1－1—12　高松東京生命館	(087) 821—8487	(087) 822—0709
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前2－1－1　福岡朝日ビル	(092) 411—2381	(092) 473—1649
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社	東京本社	116-0014	荒川区東日暮里5－7—18　コスモパークビル	(03) 5811—6290	(03) 5811—6282
	大阪営業所	532-0025	大阪市淀川区新北野1—14—11　大阪新北野第一生命ビル	(06) 6309—5860	(06) 6308—3064
日本ビオメリュー株式会社	本社	107-0061	港区北青山2—12—28　青山ビル	(03) 5411—8711	(03) 5411—8710
	札幌営業所	060-0062	札幌市中央区南2条西7－6－2　日宝南2条ビル3F	(011) 281—0408	(011) 281—0402
	仙台営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町1－4—30　陸屋仙台ビル8F	(022) 221—9784	(022) 221—9763
	東京営業所	107-0061	港区北青山2—12—28　青山ビル	(03) 5411—8751	(03) 5411—8750

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	名古屋営業所	464-0848	名古屋市千種区春岡1－1－2　YAMAMAN仲田ビル5F	(052) 764—1601	(052) 764—1605
	大阪営業所	530-0003	大阪市淀川区宮原3－5－36　新大阪第2森ビル3F	(06) 6391—1161	(06) 6391—1191
	福岡営業所	812-0011	福岡市博多区博多駅前3－9－1　大賀博多駅前ビル5F	(092) 412—7060	(092) 412—7061
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	東京本社	107-0052	港区赤坂8－5－26　赤坂DSビル	(0120) 8555—90	(024) 593—5761
	福島工場	960-2152	福島市土船字五反田1		
	札幌事務所	060-0003	札幌市中央区北3条西2－10－2　札幌HSビル8F	(011) 272—1290	(011) 241—0968
	仙台事務所	980-0803	仙台市青葉区国分町1－8－10　大和ビル2F	(022) 266—3757	(022) 266—3760
	名古屋事務所	460-0002	名古屋市中区丸の内3－17－29　丸の内iaビル6F	(052) 951—6510	(052) 951—6530
	大阪事務所	564-0054	吹田市芳野5－59	(06) 6378—6241	(06) 6378—6244
	広島事務所	732-0052	広島市東区光町2－6－34　広弘ビル2F	(082) 264—3561	(082) 264—3722
	福岡事務所	812-0024	福岡市博多区綱場町8－23　朝日生命福岡昭和通りビル3F	(092) 262—4461	(092) 262—4466
日本ミリポア株式会社	本　　社	108-0073	港区三田1－4－28　三田国際ビル	(03) 5442—9789	(03) 5442—9736
日本メジフィジックス株式会社	本　　社	662-0918	西宮市六湛寺町9－8	(0798) 26—6801	(0798) 26—4621
	東京本部	102-0073	千代田区九段北1－13－5	(03) 3234—2635	(03) 3239—9737
株式会社日本メディカルバンクシステム	本　　社	323-0021	小山市中久喜3－12－10	(0285) 22—7068	(0285) 22—7069
	開発センター	329-2722	那須郡西那須野町朝日町11－11	(0287) 39—1319	(0287) 39—1324
ニューコン株式会社	本　　社	116-0014	荒川区東日暮里5－41－12	(03) 3805—2584	(03) 3805—2685
野崎印刷紙業株式会社	本　　社	603-8151	京都市北区小山下総町54－5　(鳥丸通鞍馬口上ル)	(075) 451—6130	(075) 431—2268
	仙台支店	981-0933	仙台市青葉区柏木1－2－32　柏木丁ビル6F	(022) 271—1451	(000) 271—5284
	東京支店	173-0004	板橋区板橋2－65－9	(03) 3962—6811	(03) 3962—6817
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西15－3	(011) 631—1150	(011) 611—8988
	東京情報紙営業所	103-0024	中央区日本橋小舟町9－4　イトーピア日本橋小舟町ビル4F	(03) 3668—0301	(03) 3668—5662
	横浜営業所	231-0013	横浜市中区住吉町2－24－2　住吉24ビル4F	(045) 663—2271	(045) 663—0514
ノートウェア株式会社	本　　社	105-0012	港区芝大門2－12－9	(03) 5472—8790	(03) 5472—8796
	西日本事業所	700-0902	岡山市錦町1－1	(086) 234—6045	(086) 234—6068
バイエルメディカル株式会社	本　　社	150-0013	渋谷区恵比寿1－19－15　ウノサワ東急ビル	(03) 3440—2411	(03) 3440—2426
	札幌支店	003-0029	札幌市白石区平和通り10－北11－21	(011) 846—3255	(011) 846—3155
	仙台支店	982-0014	仙台市太白区大野田字観音堂66－1　第3横山ハイツ	(022) 304—1468	(022) 246—0118
	東京支店	141-0031	品川区西五反田7－22－17　TOCビル	(03) 5434—6370	(03) 5434—6395
	名古屋支店	465-0024	名古屋市名東区本郷2－218	(052) 778—6501	(052) 778—6506

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	大阪支店	564-0062	吹田市垂水町3—18—9　ユーコービル	(06) 6380—0333	(06) 6380—0368
	広島支店	733-0035	広島市西区南観音3—5—2　空港通りビル	(082) 295—8211	(082) 295—8453
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前3—10—24　藤井ビル	(092) 474—3640	(092) 474—3665
	営業所		(盛岡、長野、金沢、高松)		
バイオテック株式会社	本社	113-0034	文京区湯島2—29—4　古沢ビル	(03) 3816—6931	(03) 3818—4554
株式会社ビー・エム・エル	本社(営業本部)	151-0051	渋谷区千駄ヶ谷5—21—3	(03) 3350—0114	(03) 3350—5540
	札幌営業所	004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク2—6—12	(011) 807—6575	(011) 807—6583
	仙台営業所	984-0015	仙台市若林区卸町5—2—10	(022) 236—4611	(022) 236—4612
	富山営業所	939-2708	婦負郡婦中町島本郷47—2	(0764) 22—1391	(0764) 22—7530
	埼玉営業所	350-1101	川越市的場1361—1	(0492) 32—0111	(0492) 32—3132
	名古屋営業所	454-0862	名古屋市中川区的場町2—63	(052) 353—5011	(052) 353—6122
	大阪営業所	567-0034	茨木市中穂積3—15—24	(0726) 21—8811	(0726) 21—8817
	広島営業所	733-0036	広島市西区観音新町1—2—21	(082) 234—7366	(082) 234—7367
	松山営業所	790-0046	松山市余戸西6—1—4	(089) 965—0105	(089) 965—0288
	福岡営業所	812-0062	福岡市東区松島1—44—12	(092) 621—9991	(092) 621—9995
日立エンジニアリング株式会社	東京本社 営業本部	103-0027	中央区日本橋2—12—6　ムツミビル	(03) 3246—2181	(03) 3246—6032
株式会社日立製作所	計測器グループ	100-8220	千代田区丸の内1—5—1	(03) 3221—1111	(03) 3214—3125
	日製産業株式会社	105-0003	港区西新橋1—24—14　西新橋三井ビル	(03) 3504—7211	(03) 3504—7756
	株式会社日立メディコ	101-0047	千代田区内神田1—1—14　日立鎌倉橋別館	(03) 3292—8111	(03) 3292—5419
株式会社ファーストシステムサービス	本社	900-0031	那覇市若狭3—3—3	(098) 860—1234	(098) 866—0006
ファルマシア・アップジョン株式会社	東京本社	163-1448	新宿区西新宿3—20—2　東京オペラシティビル39F	(03) 5365—8338	(03) 5365—8336
	札幌	060-0001	札幌市中央区北1条西10—1—15　キリン札幌ビル6F	(011) 272—9630	(011) 272—9631
	仙台	980-0802	仙台市青葉区二日町12-30　日本生命仙台勾当台西ビル5F	(022) 227—3014	(022) 227—3025
	名古屋	460-0008	名古屋市中区栄2—4—1　広小路東京海上ビル6F	(052) 211—6440	(052) 211—6453
	大阪	540-0011	大阪市中央区農人橋2—1—36　ピップビル4F	(06) 6910—0881	(06) 6910—0880
	福岡	812-0018	福岡市博多区住吉2—2—1　朝日生命福岡第三ビル2F	(092) 262—3033	(092) 262—3062
	筑波工場	300-4294	つくば市和台23	(0298) 64—6810	(0298) 64—7618
フクダ電子株式会社	本社	113-8420	文京区本郷3—39—4	(03) 3815—2121	
富士工業株式会社	本社	113-0034	文京区湯島4—1—14	(03) 3814—3621	(03) 3814—3625
富士フィルムメディカル株式会社	本社	104-0061	中央区銀座7—13—8　第2丸高ビル	(03) 3545—3321	(03) 5565—7020

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	北海道営業所	060-0807	札幌市北区北７条西５－７－１　札幌北スカイビル	(011) 757—7777	(011) 728—2010
	東北営業所	981-0933	仙台市青葉区柏木１－２－45　フォレスト仙台ビル	(022) 717—0741	(022) 301—9198
	東京営業所	104-0061	中央区銀座７－13－８　第２丸高ビル	(03) 3545—3308	(03) 5565—7024
富士レビオ株式会社	本　　社	103-0007	中央区日本橋浜町２－62－５　FRビル	(03) 5695—9210	(03) 5695—9234
	東海営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内１－５－28　伊藤忠丸の内ビル	(052) 221—7871	(052) 203—4875
	四国営業所	760-0050	高松市亀井町８－11　高松あおば生命ビル	(087) 834—8844	(087) 833—4694
	九州営業所	812-0018	福岡市博多区住吉３－１－１　富士フイルムビル	(092) 281—3655	(092) 282—1220
	札幌営業所	060-0908	札幌市東区北８条東３－２－10　宮村ビル	(011) 731—2500	(011) 731—2501
	仙台営業所	984-0015	仙台市若林区卸町１－１－６　ハサゼンビル	(022) 236—2206	(022) 238—2646
	東京営業所	103-0007	中央区日本橋浜町２－62－５　FRビル	(03) 5695—0711	(03) 5695—0858
	名古屋営業所	465-0025	名古屋市名東区上社２－174	(052) 775—1081	(052) 775—1833
	京都営業所	615-0022	京都市右京区西院平町25　東芝京都ビル	(075) 315—0508	(075) 315—0625
	大阪営業所	564-0053	吹田市江の木町６－18	(06) 6338—7191	(06) 6338—7195
	広島営業所	732-0052	広島市東区光町１－10－19　日本生命広島光町ビル	(082) 264—3366	(082) 263—7712
	松山営業所	790-0001	松山市一番町１－15－２　住友生命松山一番町ビル	(089) 946—1931	(089) 946—1319
	福岡営業所	812-0042	福岡市博多区豊２－５－７	(092) 472—5661	(092) 474—8555
扶桑薬品工業株式会社	本社事務所	536-8523	大阪市城東区森之宮２－３－11	(06) 6969—1131	(06) 6969—2341
	札幌支店	003-0005	札幌市白石区東札幌５条１－２－20	(011) 814—3811	(011) 814—3815
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町１－14－21	(022) 221—2656	(022) 262—2600
	東京第一支店	111-0056	台東区小島２－20－７	(03) 5820—2891	(03) 5820—2897
	名古屋支店	461-0001	名古屋市東区泉１－３－26	(052) 962—5001	(052) 971—6592
	大阪支店	541-0045	大阪市中央区道修町１－７－10	(06) 6203—5671	(06) 6231—6886
	岡山支店	700-0834	岡山市天瀬南町９－12	(086) 225—4505	(086) 225—2329
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町３－59	(082) 228—6591	(082) 228—6594
	福岡第一支店	812-0023	福岡市博多区奈良屋町１－20	(092) 271—0501	(092) 291—6739
	その他４支店				
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社	本　　社	206-0813	稲城市矢野口1843－１	(042) 377—2721	(042) 377—0681
	松戸研究所	270-0025	松戸市中和倉341－１	(047) 349—4004	(047) 349—4931
	京都営業所	612-8248	京都市伏見区下鳥羽上三栖町23	(075) 612—6591	(075) 612—6594
	PSS BIO INSTRUMENTS		5673 West Las Positas Boulevard, Unit 212 Plesanton, California 94588-4077, U. S. A.	+1-925-224-9916	+1-925-224-9918

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
ベイリンク株式会社	本社	272-0804	市川市南大野２―10―16	(047) 338―7130	(047) 338―7050
ベックマン・コールター株式会社	本社	105-0001	港区虎ノ門３―５―１　虎ノ門37森ビル	(03) 5404―8424	(03) 3578―4605
	札幌オフィス	003-0807	札幌市白石区菊水７条２―７―１　札幌流通倉庫東ビル	(011) 825―9244	〃
	仙台オフィス	980-0803	仙台市青葉区国分町１―８―14　仙台協立第２ビル	(022) 225―8072	〃
	名古屋オフィス	461-0002	名古屋市東区代官町35―16　第一富士ビル	(052) 934―3082	〃
	大阪オフィス	565-0083	豊中市新千里西町１―１―８　第一火災千里中央ビル	(06) 4863―1674	〃
	広島オフィス	732-0805	広島市南区東荒神町３―35　広島オフィスセンタービル	(082) 261―6863	〃
	福岡オフィス	813-0034	福岡市東区多の津１―14―１　FRC ビル	(092) 622―7392	〃
株式会社ベリタス	本社	105-0001	港区虎ノ門２―７―14　八洲ビル	(03) 3593―3211	(03) 3593―3216
株式会社ヘレナ研究所	本社	336-0001	浦和市常盤９―21―19	(048) 833―3208	(048) 833―3273
	大阪支社	540-0011	大阪市中央区農人橋２―１―31	(06) 6945―1070	(06) 6945―1055
株式会社堀場製作所	本社	601-8510	京都市南区吉祥院宮の東町２番地	(075) 313―8121	(075) 321―8312
	東京セールスオフィス	101-0031	千代田区東神田１―７―８　東神田大治ビル３F	(03) 3861―8231	(03) 3861―8259
	西部セールスオフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東２―６―26　安川産業ビル６F	(092) 472―5041	(092) 474―5289
Medix Bio chemica Oy Ab		-	Asematie 13 FIN-02700 Kauniamen Finland	+358-9-547-680	+358-9-505-3441
	錦商事㈱	103-0024	中央区日本橋小舟町14―４	(03) 3639―8724	(03) 3661―9594
メバニクス株式会社	本社	153-0064	目黒区下目黒２―18―３	(03) 3495―0451	(03) 3495―0582
	大阪出張所	534-0025	大阪市都島区片町２―２―40　大発ビルSSRエンジニアリング㈱内	(06) 6356―4981	(06) 6353―0523
株式会社メルシャンクリンテック	本社	104-0031	中央区京橋１―５―８	(03) 3231―8910	(03) 3231―0909
	川崎アネックス	210-0801	川崎市川崎区鈴木町３―１	(044) 244―2091	(044) 244―2940
	環境検査センター	251-0057	藤沢市城南４―９―１	(0466) 35―6367	(0466) 35―6445
株式会社モリテックス	本社	150-0001	渋谷区神宮前３―１―14　モリテックス本社ビル	(03) 3401―9711	(03) 3401―9722
	横浜本部	225-0011	横浜市青葉区あさみ野１―４―３　三橋ビル６F	(045) 909―4710	(045) 909―4707
	関東支店	350-1124	川越市新宿町３―３―４　CASA 新宿ビル	(0492) 47―2251	(0492) 47―2291
	京都支店	604-8277	京都市中京区西洞院通姉小路上ル　NOA 高松殿ビル３F	(075) 223―3801	(075) 223―3807
	名古屋支店	460-0008	名古屋市中区栄２―２―17　名古屋情報センタービル７F	(052) 232―7871	(052) 232―7873
	福岡営業所	810-0041	福岡市中央区大名２―10―28　日興ビル３F	(092) 733―3747	(092) 722―1954
	つくば営業所	305-0045	つくば市梅園２―33―６　学園オアシス	(0298) 52―1130	(0298) 52―1102
	金沢営業所	920-0031	金沢市広岡１―１―18　伊藤忠金沢ビル５FB号	(076) 265―3325	(076) 265―5562
	栃木営業所	329-2135	矢板市中字長峯1052―２	(0287) 43―1776	(0287) 43―5711

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	広島営業所	732-0052	広島市東区光町２－７－35　光町Uビル	(082) 262—2542	(082) 262—2546
山之内製薬株式会社	本社(事業本部)	174-8612	板橋区蓮根３－17－１	(03) 5916—5555	(03) 5916—2608
	札幌支店	060-0042	札幌市中央区大通西５－９－１　山之内大通りビル	(011) 281—5111	(011) 251—4337
	仙台支店	980-0804	仙台市青葉区大町２－２－25	(022) 225—5111	(022) 224—0234
	東京第一支店	103-0023	中央区日本橋本町２－３－11　遠五ビル	(03) 3244—3311	(03) 3244—3328
	横浜支店	231-0011	横浜市中区太田町６－84－２　三井生命横浜桜木町ビル	(045) 662—1141	(045) 650—1378
	名古屋支店	460-0008	名古屋市中区栄１－10－21　住友生命御園ビル	(052) 232—6611	(052) 232—6612
	大阪支店	541-0041	大阪市中央区北浜３－７－12　東京建物大阪ビル	(06) 6203—5551	(06) 6233—2431
	広島支店	730-0051	広島市中区大手町３－７－２　大東京火災広島ビル	(082) 242—8111	(082) 242—8118
	高松支店	760-0023	高松市寿町１－４－８　農林中金高松ビル	(087) 822—1326	(087) 822—1506
	福岡支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東１－18－25　第五博多偕成ビル	(092) 451—5211	(092) 451—5445
有限会社山久化成	本　　社	206-0022	多摩市聖ヶ丘２－18－６	(042) 389—4744	(042) 389—4819
ラジオメータートレーディング株式会社	本　　社	153-0062	目黒区三田１－12－23	(03) 5704—8001	(03) 5704—8055
	札幌営業所	001-0010	札幌市北区北10条西１－11　浦野ビル	(011) 746—3390	(011) 746—3395
	仙台営業所	980-0824	仙台市青葉区支倉町４－34　マルキンビル	(022) 268—3008	(022) 268—4540
	東京営業所	153-0062	目黒区三田１－12－23	(03) 5704—6556	(03) 5704—8080
	金沢営業所	920-0025	金沢市駅西本町１－14－29　サン金沢ビル	(076) 231—4455	(076) 231—4499
	名古屋営業所	464-0075	名古屋市千種区内山３－17－４　スズシンビル	(052) 741—8211	(052) 741—8214
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原４－５－36　セントラル新大阪ビル	(06) 6350—2000	(06) 6350—2005
	広島営業所	730-0052	広島市中区千田町１－４－18　井沢ビル	(082) 247—8421	(082) 247—8459
	高松営業所	761-0101	高松市春日町1706　春日ビル	(087) 844—0880	(087) 844—0900
	福岡営業所	814-0003	福岡市早良区城西１－８－36　安田生命西新町ビル	(092) 822-2135	(092) 822—3180
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社	本　　社	105-0014	港区芝２－６－１　日本ロシュビル	(03) 5443—7041	(03) 5443—7114
	札幌支店	060-0063	札幌市中央区南３条西10—1001－５　福山南三条ビル６F	(011) 251—1331	(011) 231—1603
	仙台支店	980-0822	仙台市青葉区立町27—21　仙台橋本ビル６F	(022) 224—6491	(022) 267—3877
	大宮支店	330-0802	大宮市宮町２－35　大宮MTビル８F	(048) 658—5371	(048) 658—5372
	東京支店	105-0014	港区芝２－６－１　日本ロシュビル	(03) 5765—8081	(03) 5765—8082
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦２－４－３　錦パークビル13F	(052) 220—5741	(052) 220—5742
	大阪支店	565-0082	豊中市新千里東町１－５－３　千里朝日阪急ビル12F	(06) 4863—7621	(06) 4863—7625
	広島支店	730-0017	広島市中区鉄砲町８－18　広島日生みどりビル８F	(082) 223—6151	(082) 223—8069

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前1－4－4　安田生命博多ビル12F	(092) 461—1021	(092) 461—1025
ワットマンジャパン株式会社	本　　社	110-0005	台東区上野3－1－2　秋葉原新高第一生命ビル6F	(03) 3832—6707	(03) 3832—6457
和光純薬工業株式会社	本　　社	540-8605	大阪市中央区道修町3－1－2	(06) 6203—3747	(06) 6203—4640
	東京支店	103-0023	中央区日本橋本町4－5－13	(03) 3270—9131	(03) 3241—5752
	札幌出張所	060-0001	札幌市中央区北1条西13－4　タケダ札幌ビル4F	(011) 271—0285	(011) 271—0835
	仙台出張所	980-0814	仙台市青葉区本町2－9－5　コア本町ビル3F	(022) 222—3072	(022) 264—2228
	大宮出張所	330-0802	大宮市宮町4－150－1　金源ビル3F	(048) 641—1271	(048) 641—1469
	横浜出張所	222-0033	横浜市港北区新横浜3－1－4　プラスタリアビル7F	(045) 476—2061	(045) 476—2067
	名古屋出張所	465-0018	名古屋市名東区八前2－914	(052) 772—0788	(052) 775—9413
	広島出張所	735-0024	安芸郡府中町緑ヶ丘6－40	(082) 285—6381	(082) 286—2033
	福岡出張所	813-0062	福岡市東区松島3－22－30	(092) 622—1005	(092) 621—9345

編集後記

日本臨床検査自動化学会（JSCLA）第32回大会および展示会の開催にあたって，恒例の展示目録を作成いたしました。今回の編集は新しい方式を取り入れました。会員会社のご協力に感謝いたします。

第32回大会は本年1月に中井利昭先生（筑波大学・教授）が学会長に就任し，新しい視点で開催する記念すべき大会となりました。また，池田斉大会長（埼玉医大総合医療センター・教授）も20世紀最終の大会として，有意義な大会になることを期待されております。

厳しい医療・経済環境のなかで，3年振りのパシフィコ横浜での開催であり，多数の見学者の来場が予想されます。第32回大会の盛会を祈ります。(N. W. 記)

平成12年度JACLA展示委員会
川上　彰（日立メディコ）
末益美智雄（オリンパス販売）
菅野　正彦（和光純薬工業）
富田　修二（栄研化学）
二木　紘一（日水製薬）

日本臨床検査自動化学会第32回大会展示会

2000 EXHIBITORS' CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化振興会（JACLA）
〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-6
（ワイユウビル6F）
Tel. 03（5689）5910
Fax. 03（5689）5917
印刷：壮光舎印刷株式会社
2000年9月13日印刷・発行
（非売品・禁複写）

JSCLA

JSCLA http://www1.sphere.ne.jp/jidouka
JACLA http://village.infoweb.ne.jp/~fvgh 9010/