2003 日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会

共催展示会【展示目録】 9/17(Wed.), 18(Thu.), 19(Fri.), 2003 YOKOHAMA CITY JAPAN

「新緑のブナの巨樹」白神山地（青森県）

ご 挨 拶

この展示目録は，2003 年の日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会共催展示会に際して，今年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものである。自動化振興会の事業の一つとして毎回発行され，本年度で 28 回を数える。臨床化学分析機器をはじめとして各種の検査機器および検査試薬の性能・特徴がコンパクトにまとめられ，末尾には出展各社のプロフィールも掲載されている。

例年 7,000 人以上もの参加で賑わうこの展示会は，昨年と同じく臨床検査医学会との共催で，例年とかわらぬ盛況になると期待している。次年度の新規機器・試薬の選定について臨床検査技師，検査業界，検査医の 3 者の方々で大いに情報交換していただきたいと思います。医療をとりまく環境はきびしいですが検査の重要性は高まることはあっても低くなることはない。社会のニーズに適応した新しい検査室の構築に向ってこの小冊子を大いに活用していただきたい。

最後になるがこの冊子出版をはじめ展示会全般にわたっての振興会の方々の御苦労に感謝する次第である。

平成 15 年 9 月 17 日
日本臨床検査自動化学会
会長　中井　利昭

ご 挨 拶

日本臨床検査自動化学会第 35 回大会及び共催展示会開催を祝して

日本臨床検査自動化学会第 35 回大会および「共催展示会」が横浜において家入蒼生夫（獨協医科大学）大会長のもとで 9 月 17―19 日開催されるのを祝して一言御挨拶申し上げます。

日本臨床検査自動化学会大会が開催されてから 35 回を数えるという節目の年を迎えることを心から歓迎致します。おめでとうございます。

現在，中井利昭会長の元で学会の中身も充実し，大きく変化しました。また，学会の目玉である展示会は日本臨床検査医学会との話し合いの結果，昨年から共同で開催することとなり，成功を収めました。今年も，医療を始め臨床検査についても大変厳しい時代であり，かつ不況の時代ではありますが，その使命を果たすべく開催されることは大変素晴らしいことであります。展示会には日本各地はもとより，東南アジア，欧米各国からの訪問者も多く，日本国内では最大規模かつ最新の機器の展示会であります。

「共催展示会」はお互いの学会の会員の利便はもちろんですが，展示を行っている関係会社のメリットを引き出すために行われたものですが，昨年の展示会ではその目的は達成されたのではないかと考えます。展示を行うための関係会社の負担は膨大なもので，展示を年 1 回にすることでその経費を抑制できることは大きな利点です。米国同様，日本国内でも他学会との共同開催を考え直す時期にきているのではないでしょうか。

今後も両学会が手を携えて，臨床検査領域での厳しい環境を乗り越えていけるよう，関係各位の御協力，御鞭撻を切に望むものであります。

日本臨床検査自動化学会のますますの御発展を祈念致します。

平成 15 年 9 月 17 日
日本臨床検査医学会
会長　櫻林郁之介

2003 日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会 共催展示会　展示目録

目　　次

あいさつ（日本臨床検査自動化学会　会長　中井利昭）…… 1

あいさつ（日本臨床検査医学会　会長　櫻林郁之介）…… 3

臨床化学分析機器…… 7～17

1.分光光度計／2.電解質測定装置（電極法）／3.簡易分析装置／4.専用分析装置／5.多項目自動分析装置／6.ドライケミストリー・システム／7.血液ガス分析装置／8.全自動電気泳動装置／9.電気泳動装置／10.デンシトメータ装置／11.高速液体クロマトグラフィー装置／12.その他

核医学（RIA）機器…… 19～20

13.ラジオイムノアッセイ装置

免疫血清検査機器…… 20～25

14.酵素免疫測定装置／15.蛍光免疫測定装置／16.ネフェロメトリックイムノアッセイ装置／17.ラテックス凝集反応測定装置／18.レーザーネフェロメータ／19.免疫比濁測定装置／20.発光免疫測定装置／21.蛍光偏光装置／22.その他

血液検査機器…… 27～34

23.単項目血球計数装置／24.多項目血球計数装置／25.血液凝固測定装置／26.血小板凝集測定装置／27.赤血球沈降速度自動測定装置／28.血液標本自動作製装置／29.血液像自動分類装置／30.細胞分類装置／31.全自動輸血検査装置／32.その他

細菌検査機器…… 35～38

33.微生物分類同定装置／34.感受性試験装置／35.DNA 測定装置／36.核酸抽出装置／37.その他

尿検査機器 …… 39〜41
38.浸透圧計／39.尿分析装置／40.自動 PSP 測定装置／41.尿沈渣分析装置／42.便潜血測定装置／43.その他

病理検査機器 …… 42〜42
44.自動組織細胞染色装置／45.画像処理装置／46.その他

生理機能検査機器…… 43〜44
47.画像撮影装置／48.心電図システム／49.呼吸機能自動システム／50.超音波膀胱容量測定装置

システム…… 45〜53
51.臨床検査システム／52.検体前処理システム／53.オートラベラー・バーコードプリンタ／54.分注装置／
55.遠心分離器

その他の臨床検査機器 …… 55〜60
56.マイクロピペット／57.希釈装置／58.洗浄器／59.振盪装置／60.恒温槽／61.純水自動製造装置／62.その他

体外診断用医薬品…… 61〜78

自動分析装置専用試薬 …… 79〜83

コントロール血清…… 85〜99

展示会社・主要製品紹介 …… 101〜148

展示会社住所録 …… 149〜167

臨床化学分析機器

1. 赤外分光光度計（Infrared Spectrophotometer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	波長範囲	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		mL	μL／検体	nm	分／テスト	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
大塚製薬	UBiT-IR300	120 mL 以上			約5.5	100 ／ 3	31×62×31	22.5	187	呼気ガス中の$^{13}CO_2$測定

2. 電解質測定装置（電極法）Electrolyte Analyzer（by Ion Selective Electrode Method）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	標準方式	サンプラー	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	種類	外部／内部	有・無	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™EL SE-1520	22	60	Na, K, Cl	外部	無	40	13.5×22.5×13.8	1.5		
エイアンドティー	EA06T	28	150	Na, K, Cl	内部	有	100/2.5	26×60×59	35		アットウィルより販売
	〃 06R	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	38		〃
〃	〃 07	27	〃	〃	〃	〃	100/2	28×57.6×54.7	25		〃
エム・シー・メディカル	NOVA CRT-16	385	45	8	内部	有	200	52×53×49	41	550	
シスメックス	自動電解質分析装置 AVL9181	95	プリントアウト有 45サンプル/h プリントアウト無 60サンプル/h	Na, K, Cl, Ca, Li		有	100	31.5×29.5×33.5	6		Cl, Ca, Li 選択
	〃 AVL9180	〃	〃	〃		無	〃	〃	〃		〃
〃	〃 AVL988-3	120		〃			〃	30×27×34.5	11.3		〃
	〃 AVL988-4	〃		Na, K, Mg Ca, pH			〃	〃	13.0		
常光	IS-50C	190	70	Na^+, K^+, Cl^-	内部	無	100/0.3	16×22×25	4	220	透析液モード有
	〃 -50L	〃	〃	Na^+, K^+, Li^+	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	EX-Z	95	100	Na^+, K^+, Cl^-	〃	有	100/2	24×41×35	18		透析A液，B液測定可能
	〃 -D	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		オートサンプラ内蔵
〃	〃 -180L	〃	〃	Na^+, K^+, Li^+	〃	〃	〃	28×31×32	〃		採血管より直接吸引可
	〃 -2000	30	180	Na^+, K^+, Cl^-	〃	〃	100/6	36×54×57	28		搬送接続可能
〃	EG-Pro	50	120	グルコース	〃	〃	〃	〃	30		

セントラル科学貿易	全自動電解質分析装置 EX-II	27	150	Na, K, Cl	内部	有	200	28×57.6×54.7	25	250	
テクノメディカ	STAX-2	100	80	Na, K, Cl	内部	有	100/3	26×40×38	20	330	
バイエルメディカル	バイエル 644	65	50	3		有	30	30×25×22	4	280	
	〃 654	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	260	
〃	Rapidchem 744	55		〃			50	37×18×32	7.3		
	〃 754	〃		〃			〃	〃	〃		
ベックマン・コールター	エリーゼ	50	120	2～6	内部	有	120	64×46×54	27.2		Na, K, Cl, Li, T-Ca および T-CO_2 が測定可

3. 簡易分析装置（Analyzer for Simplified Operation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μL	試薬使用量 μL／検体	処理能力 検体／h	測定項目 種類	測定法	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	ラクテート・プロ™ LT-1710	5		1分/検体	乳酸	電極法	3V リチウム電池×2	5.5×1.45×8.38	0.05		
	グルコカード™ GT-1640	3		30秒/検体	グルコース	〃	〃	5.1×1.45×8.7	0.045		販売：アベンティスファーマ㈱
〃	グルコカード™α GT-1660	〃		〃	〃	〃	〃	5.6×1.45×9.78	0.06		〃
アボット ジャパン	エキストラ	2.5		1テスト/20秒	血糖	電極法	単4アルカリ電池	9.9×5.6×2.2	0.07	1.8	ケトン体測定も可能，記憶容量 450 テスト
	イージーセンス	〃		〃	〃	〃	〃	9.9×5.9×2.1	0.05	1.2	記憶容量 150 テスト
〃	ソフタック	〃		〃	〃	〃	9V リチウム電池	13.5×9×4	0.31	2.5	痛みの少ない，前腕上腕での測定，穿刺測定機能一体型，記憶容量 450 テスト
	プレシジョン Q・I・D	3.5		〃	〃	〃		9.7×4.8×1.45	0.04	1.45	
〃	プレシジョン PC_x	〃		〃	〃	〃	アルカリ電池充電式	19.7×7.5×5.1	0.28		データ管理機能，オンライン機能を装備
	アイ・スタット 200	40～100		20	10	〃	9V リチウム電池	6.4×21×5.2	0.52	150	
エム・シー・メディカル	ニコカードリーダーII	5			HbA_{1c}			19×16×7	0.5	22.8	
	〃	〃			CRP			〃	〃	〃	
東洋紡績	ニコカード CRP	25						20×17×7	0.5	22.8	
	〃 HbA_{1c}	5						〃	〃	〃	
バイエルメディカル	デキスターZ II	3～4		30秒/1テスト	GLU	酵素電極法	リチウム 3V×2	8.1×6.6×2.5	0.1	1.43	
	アントセンスII	5～50		60秒/テスト	〃	〃	100	19.5×11.5×5.5	0.6	19.4	カートリッジに血球分離膜を装備

4. 専用分析装置（Special-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	種類		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	グルコースオートアンドスタット™GA-1150	24		150	グルコース	GOD 過酸化水素電極法	160	41.2×40.7×41	22.5		
	アダムス™グルコース GA-1170	30		156	〃	〃	180	53×45×53	31		
〃	アダムスマスター™ DM-3310	3～50		167	グルコース，HbA_0，尿中μ-Alb，尿中Cre		450	53×68.5×50	50		
エイアンドティー	グルコローダ NX	30/5 自動切換		200	グルコース	GOD 固定化酵素電極	100/4	86.5×62.2×52.2	76		アットウィルより販売
	GA 03 T	〃		160～200	〃	〃	100/2.5	26×60×59	35		〃
〃	〃 03 R	〃		〃	〃	〃	〃	49×47.7×59	38		〃
	〃 04	〃		〃	〃	〃	100/3	52×62×56.3	55		〃
〃	〃 05	〃		〃	〃	〃	100/2	28×57.6×54.7	25		〃
三光純薬	フォト BH メーターVI	40	無		1	比色法	10	11.7×20.7×8.4	1	55	新生児総ビリルビン測定
	自動テオフィリン測定装置 LT-110	4	R1:50，R2:300，R3:50	6	テオフィリン	ラテックス凝集阻止法	100 以下	28.9×41.0×41.5	18	288	製造元：(株)掘場制作所
セントラル科学貿易	APEC グルコースアナライザー	10		85	Glu	固定化酵素	75	27.7×27.7×36.5	16	198	全血可
	ダイヤグルカグルコースアナライザー	〃			〃	固定化酵素 過酸化水素電極	150	20×43×43	13	120	〃
日本電子	JIA-HB2010 全自動便潜血免疫自動分析装置	24	第1(156) 第2(180)	200	便潜血	金コロイド比色法	最大 0.5K	59×54×58	68	580	・簡単操作・多機能・小型化 ・試薬は液状金コロイド試薬（保冷庫装備）
バイエルメディカル	DCA2000 システム	1		6分/テスト 7分/テスト	HbA_{1c} 尿中微量アルブミン，クレアチニン	ラテックス凝集阻止反応	100	24.1×23.9×27.2	5	29.8	アルブミン指数を自動計算

5. 多項目自動分析装置（Automatic Multi-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エイアンドティー	502X	2～40	5～300	max300	60	3K	156×144×90	500	4,300	
オリンパス光学工業	AU5431	2～50	15～250	6600 テスト/h	98	200/60	507×114×126	1740		オプション ISE 仕様
	〃 5421	〃	〃	5000 〃	〃	200/50	376×114×126	1300		〃

〃	AU2700	1.6～25	120～430	2134 〃	51	100/60	200×114×126	700		〃
	〃 640	2～50	25～300	1200 〃	〃	100/40	185×80×124	530		〃
〃	〃 400	〃	〃	800 〃	〃	100/35	45×76×121	420		〃
茶谷産業	Piccolo ピッコロ	100		4～5/min	14	100/1	15.3×29.2×24.2	6.9	200	Abaxis 社製・遠心方式
デイドベーリング	デイメンション RxL Max	2-60		800	47	100/20	159×81×112	366	3,500	
	〃 RxL	〃		788	48	〃	160×75×111	365	〃	
〃	〃 ARx	〃		〃	〃	〃	127×81×114	305	3,240	
	〃 Xpand	〃		437	47	〃	129×79×114	348	2,600	
東京貿易	プレステージ 24*i*	3～30	20～330	240	24	100/6	80×64×52	95		
	TMS-1024	2～30	20～300	〃	〃	100/5	65.7×52.9×48.5	60		
〃	〃 -1024H	〃	〃	〃	〃	〃	65.7×53.5×109	70		
東芝ラボメディカル	TBA-200FR NEO	2～35	120～	2,000	100	200/15	189×112×110	680		
	〃 -120FR	〃	〃	1,200	〃	〃	160×87.5×122	570		
〃	Accute	2～25	〃	400	35	100/15	103×79×105			
	C 8000	2～35	〃	1,200	206					
ニプロ	Compolyse-450	2～35	20～400	180	52	100/5.5	77×62×50.5	125	980	ISE オプション
日本電子	JCA-BM1250 BioMajesty	2 ～ 30（0.1 μL ステップ）	15～150（0.1 μL ステップ）	1,250 テスト/h （ISE 付）	最大 103 （ISE 付）	最大 3K	分析部：148×93×113 操作部：70×70×148	630	4,100	・検体前希釈方式（1～5625 倍） ・最終反応液量：80μL ・4.5 秒サンプル分注サイクル
	JCA-BM1650 〃	〃	〃	1,650 〃 （ 〃 ）	〃	〃	〃	〃	4,960	・検体前希釈方式（1～5625 倍） ・最終反応液量：60μL ・3 秒サンプル分注サイクル
〃	JCA-BM2250 〃	〃	10～100（0.1 μL ステップ）	2,250 〃 （ 〃 ）	〃	〃	分析部：170×93×115 操作部：70×70×148	700	5,660	・検体前希釈方式（1～5625 倍） ・最終反応液量：80μL ・2 秒サンプル分注サイクル
	JCA-BM9030 〃	1.48～30（0.1 μL ステップ）	15～150（0.1 μL ステップ）	1,650 〃 （ 〃 ）	最大 103 （ 〃 ）	〃	分析部：148×93×113 操作部：70×70×148	630	5,380	血球成分（HbA_{1c}） 血漿成分（Glu）の同時測定
〃	JCA-BM 9020 〃	〃	〃	1,250 〃 （ 〃 ）	〃	〃	〃	〃	4,530	〃
バイエルメディカル	opeRA	2～30	325～400	420	27	100/20	119×90×136	301	1,600	オイルテクノロジー採用
	エクスプレスプラス	3～30	50～400	180	26	100/5.8	101.6×58.4×55.9	76.5		
日立ハイテクノロジーズ	7600-010 S	1.5～35	120～300	最大 800 テスト/h	44 （ISE 付 47）	200/20	245×110×114.5 （分析部のみ）	約 850 （分析部のみ）		
	〃 -020 S	〃	〃	〃 1600 〃	86 （ISE 付 89）	〃 /30	365×110×114.5 （ 〃 ）	約 1250 （ 〃 ）		

〃	〃 -030 S	〃	〃	〃 2400 〃	〃	〃 /40	485×110×114.5 (〃)	約 1650 (〃)		
	〃 -100 S	2～20	〃	〃 2400 〃	16 (ISE 付 19)	〃 /20	245×110×114.5 (〃)	約 1000 (〃)		
〃	〃 -110 S	構成により異なる	〃	〃 3200 〃	60 (ISE 付 63)	〃 /30	365×110×165 (〃)	約 1400 (〃)		
	〃 -120 S	〃	〃	〃 4000 〃	86 (ISE 付 89)	〃 /40	485×110×165 (〃)	約 1800 (〃)		
〃	〃 -200 S	2～20	〃	〃 4800 〃	32 (ISE 付 35)	〃 /30	365×110×165 (〃)	約 1550 (〃)		
	〃 -210 S	構成により異なる	〃	〃 5600 〃	76 (ISE 付 79)	〃 /40	485×110×165 (〃)	約 1950 (〃)		
〃	〃 -220 S	〃	〃	〃 6400 〃	86 (ISE 付 89)	〃 /50	605×110×165 (〃)	約 2350 (〃)		
	〃 -300 S	2～20	〃	〃 7200 〃	48 (ISE 付 51)	〃 /40	485×110×165	約 2100 (〃)		
〃	〃 -310 S	構成により異なる	〃	〃 8000 〃	〃	〃 /50	605×110×165 (〃)	約 2500 (〃)		
	7700	Dモジュール2～20 Pモジュール1.5～35	〃	構成により異なる (最大800～8000テスト/h)	構成により異なる(16～86) (ISE付19～89)	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		オプション：増設用Eモジュール(免疫項目測定)(販売元ロシュ・ダイアグノスティックス㈱)
〃	7180	1.5～35	〃	最大 800 テスト/h	86 (ISE 付 89)	100/30	分析部：145×800×123 (分析部のみ)	分析部：約 400 操作部：約 30		
	7080	2～25	150～320	最大 360 〃	32 (ISE 付 35)	100/20	分析部：109×76×116 (分析部のみ)	分析部：300 操作部：50		
〃	7060	3～50	250～500	〃	〃	100/30	分析部：103×76×117 操作部：48×65×125	約 350		
	7020	2～35	180～500	最大 200 〃	36 (ISE 付 39)	100/15	72×72×108.5	約 190		
ベックマン・コールター	シンクロン CX9	3～	200～	900	33	1.76 K	189×77×176	516		メンテナンスフリー試薬/検体バーコード対応
	〃 LX20	〃	〃	1,440	41	3.3 K	177.8×104.1×152.4	727		〃
〃	〃 CX5	〃	〃	600	29	1.76 K	154×77×175	367		〃
	〃 LX20 PRO	〃	〃	1,440	41	3.3 K	177.8×104.1×152.4	727		
ロシュ・ ダイアグノスティックス	COBAS INTEGRA 400plus	2～100	5～200	460 テスト/時	36	160/15	135×66×75	230	2.500	
	〃 〃 800	〃	〃	855 〃	72	200/15	190×90×120		3.950	
〃	モジュラーアナリティクス〈P〉	2～35	20～270	800	44	220/20	245×110×108	850		
	〃 〈D〉	2～20	〃	2,400	16	〃	245×110×169	1,000		
〃	〃 〈PP〉	2～35	〃	1,600	86	〃	365×110×108	1,250		
	〃 〈DD〉	2～20	〃	4,800	32	〃	365×110×169	1,550		
〃	〃 〈DP〉	2～35	〃	3,200	60	〃	〃	1,400		
	〃 〈DDD〉	2～20	〃	7,200	48	〃	485×110×169	2,100		
〃	〃 〈PPP〉	2～35	〃	2,400	86	〃	485×110×108	1,650		
	〃 〈DDP〉	〃	〃	5,600	76	〃	485×110×169	1,950		
〃	〃 〈DPP〉	〃	〃	4,000	86	〃	〃	1,800		
	〃 〈DDDP〉	〃	〃	8,000	〃	〃	605×110×169	2,500		

〃	〃 〈DDPP〉	〃	〃	6,400	〃	〃	605×110×169	2,350		
	〃 〈PPPP〉	〃	〃	3,200	〃	〃	605×110×108	1,840		

6. ドライケミストリー・システム（Dry Chemistry System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	種類	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™EZ SP-4430	4～6	63	生化学 22	80～100	33.8×20.3×16.7	5.4		小型遠心分離機を内蔵
	ポケットケム™BA PA-4130	20	200 秒/検体	血中アンモニア	単三電池×2	12.5×8.7×3.1	0.23		
オーソ・クリニカル ダイアグノスティックス	ビトロス 950	5～11	900	46	200/20	170×99×140	681	4,150	
	〃 250	〃	250	45	100/12	115×71×120	272	2,250	
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 3500 シリーズ	比色 6～10 電解質 50	77 テスト/h	30	300	40×38.5×28 (PF 付きは D45.5)	20	270～340	3500・i・p・s 4 タイプ
	〃 800	50	1min/検体	3	20	19×26.5×11	2.5	95	電解質専用
〃	〃 100 タイプ N	10	2 〃	1	30	〃	2	37	
	〃 300 G	〃	2 〃	〃	300	40×38.5×28	20	190	血糖専用
〃	〃 7000 シリーズ	比色 10 電解質 50	比色電解質混合 で 190 テスト/h	29	〃	54×42×45	40	490～420	7000・i・s 3 タイプ
和光純薬工業	富士ドライケム FDC-3500	10	77	30	100/3.5	40×45.5×28	21	340	

7. 血液ガス分析装置（Instrument for Blood Gas Measurement）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	同時 測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイ・エル・ジャパン	GEM プレミア 3000	135～150	20		9	100/1	30.5×30.7× 43.2	13.4	380	
アボット ジャパン	アイ・スタット 200	40～100	20	電極法	3～7	9V リチウム電池	6.4×21×5.2	0.52	150	
エム・シー・メディカル	スタットプロファイル ウルトラ	225	22		13	200	56×58×46	32		
	〃 フォックス	40～70	50		6	〃	30×38×38	8.2		
シスメックス	ラップトップ型血液分析システム OPTI CCA	最少 135	120 秒以下	蛍光法	9	110 以下	36×23×12	5		
	モジューラーシステム AVL OMNI 1	46	40	電極法	4	160	53×47×42	40		

〃	〃 AVL OMNI 2	84		〃	5	〃	〃	〃		
	〃 AVL OMNI 3	〃		〃	10	〃	〃	〃		
〃	〃 AVL OMNI 4	76		〃	9	〃	〃	〃		
	〃 AVL OMNI 5	115		〃	10	〃	〃	〃		
〃	〃 AVL OMNI 6	129		〃	15	〃	〃	〃		
	〃 AVL OMNI 7	169		〃	11	〃	〃	〃		
〃	〃 AVL OMNI 8	〃		〃	12	〃	〃	〃		
	〃 AVL OMNI 9	〃		〃	17	〃	〃	〃		
〃	〃 AVL OMNI 7EX	〃		〃	12	〃	〃	〃		
	〃 AVL OMNI 8EX	〃		〃	13	〃	〃	〃		
〃	〃 AVL OMNI 9EX	〃		〃	18	〃	〃	〃		
	自動血液ガス分析装置 AVL COMPACT 3			〃	4	100	34×31.5×34	13		
〃	デスクトップ型血液分析システム OMNIC	68	約50秒	〃	10	110以下	35.4×41×46.7	約17		
常光	アーマ2000	180	60	ディスポカートリッジ	20	充電式バッテリー	24×29×13	2.4	118	ポータブル型ガス
	JBA-200	150	30	電極法	14	100/2	33×34×45	26		
〃	〃 -アルファ	100	〃	〃	〃	〃	37×18×32	7		ディスポ式電極
テクノメディカ	GASTAT-3	100	30	電極法	3	100/2	33×41×43	25	380	Hct付は30万円高
	〃 -3K付	〃	〃	〃	4	〃	〃	〃	430	〃
〃	〃 -3Na, K付	〃	〃	〃	5	〃	〃	〃	470	〃
	〃 -mini	50	15	センサーカード式	6	100/1	23×10×7	1.2	150	981カード：pH, PCO_2, PO_2 982カード, pH, PCO_2, PO_2, Na, K, Hct
〃	〃 -5	150	30	電極法	8	100/2	35×41×43	28	600	pH, PCO_2, PO_2, Na, K, Cl, Ca, Hct
	〃 -600	100	〃	〃	3	100/1.5	36×47×49	15	300	pH, PCO_2, PO_2
〃	〃 -601	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	400	〃
	〃 -602 i	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃	600	pH, PCO_2, PO_2, Na, K, Cl, Ca, Hct
東機貿	1710	90	40	電極法	16	115	41×47×51	46	720	
	1735	270	〃	〃	33	〃	〃	〃	1,240	CO-OX一体型
バイエルメディカル	バイエル840	55～90	35	電極法	3	400	56.1×50.3×47.8	29.5	1,020	
	〃 850	70～110	〃	〃	7	〃	〃	〃	1,240	

〃	〃 860	95～125	〃	〃	9	〃	〃	〃	1,390	
	〃 840 CO	140	〃	〃	7	〃	70.0×50.3×47.8	37.4	1,470	
〃	〃 850 CO	160	〃	〃	11	〃	〃	〃	1,690	
	〃 860 CO	175	〃	〃	13	〃	〃	〃	1,840	
〃	Rapidpoint 400	100～200	〃	〃	9	150	55×30×42	15.5	600	電極，試薬一体型カートリッジ OCD オキシメーター E モジュール，電極，試薬一体型カートリッジ
	405	〃	〃	〃	14	〃	〃	〃		
扶桑薬品工業	アイ・スタット 200	40～100	20		12	9V リチウム電池	6.4×21×5.2	0.443	150	専用カートリッジ使用により 1～8 項目同時測定
	〃 300 F	〃	〃		〃	9V リチウム電池専用充電地	7.6×23.6×5.8	0.575～0.590	150～160	〃
ラジオメータートレーディング	ABL700 シリーズ	35～195	18～25	電極法	16	250	70×55×43	30		
	〃 555 シリーズ	〃～125	19～20	〃	7	〃	40×40×55	37.5		
〃	〃 5	〃～85	30	〃	3	60	34×20×39	8.6		
	〃 77 シリーズ	70	40	〃	8	250	33×23×20	7.2		

8. 全自動電気泳動装置（Full-Automatic Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス光学工業	AES320	25～50	60		100/10	98×67×148	220		
	AES630	〃	165		100/20	140×70×150	280		サンプリングステーション付有
カイノス	マイクロチップ電気泳動装置 コスモアイ SV 1100	9	4 min/検体	水溶性高分子ポリマー	200	60×30×30	10		DNA・RNA 解析
	〃 SV 1210	1	6 〃		〃	30×46×33	20		〃
常光	ALC-760	25	65	セパラックス SP	100/10	92×65×117	150		アイソザイム全自動機
	LIP-380	〃	48	PAG ゲル	〃	92×65×50	〃		リポ蛋白全自動機
〃	CTE-780	〃	65	セパラックス SP ザルトリウス	〃	92×65×117	150	850	50,000 検体メモリ
	〃 -700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	800	
〃	〃 -9000	〃	266	〃	〃	116.9×75.7×118.7	280		検体自動搬送
	〃 -1800	〃	100	〃	〃	92×65×117	150		病態解析プログラム
日本ケミファ	EPA-696	30	・血清タンパク 48 検体/6 枚/2.5 h ・アイソザイム 48 検体/6 枚/4 h	セ・ア膜	110	68×42×41	45	お問い合わせ下さい	
ヘレナ研究所	エパライザ 2	25	50	クィックジェル	100/ 6	80×65.5×55.5	70	600	アイソザイム，脂質，蛋白分画が全自動，バッファー用意不要
	REP	50	60～90	REP 用ジェル	100/20	91×75×147	170	940	高電圧で泳動可能

9. 電気泳動装置（Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μL	処理能力 検体/h	担体	消費電力 V/A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
栄研化学	Pagebox "栄研"			Agasheet DNA		21.4×18.0×9.3	0.5	3.57	
常光	電子冷却 ECP-10			寒天アガロース	100/2	31×41×20	15	35	
	等電点 E セット			セパラックス EF	100/1	30×30×10	2	14.5	
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	パルスフィールド電気泳動装置 ジーンパスシステム		2	アガロースゲル	1 K	電源部 48×43×17.5 泳動槽 44.2×50.3×11.4 冷却機 23×42×24 ポンプ 16×18×12	10 10.2 14 29	380	CHEF 方式
ベックマン・コールター	パラゴン CZE2000			N/A		74×58×53	約 60		第一番目の検体の結果報告まで 15 分

10. デンシトメータ装置（Densitometer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μL	処理能力 検体/h	OD 測定範囲 数値	記録方式 感熱他	消費電力 V/A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
常光	CR-20		240	0～2.0	感熱	100/2	61×49×56	43	280	260 検体メモリー
	PAN-FV		150	0～3.0	感圧	〃	60×59×30	48	320	最大 32 分画
〃	デンシトロン 20HR		240	0～2.0	感熱	〃	55×44×17	18	295	データメモリ 600 検体/FD
ベックマン・コールター	アプレイズ				感熱					
ヘレナ研究所	EDC			0～4.0	PC 経由印刷	100/6	80×76.2×142	108	520	可視光・蛍光の測定が可能 PC 接続による多機能デンシトメーター
	クリニスキャン 2			〃	〃	100/2	76×70×69	57	330	可視光・蛍光の測定が可能

11. 高速液体クロマトグラフィー装置（Instrument for High Performance Liquid Chromatography）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μL	処理能力 検体/h	消費電力 V/A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	アダムス™エーワンシー HA-8160	4	40	320	53×53×53	38		

東ソー	HLC-723G7	3	50	160	53×56×48(90 SL 時)	49.5(90 SL 時)		
	〃 -725CA II		3	500	68×60×78*	90*		*分析部のみ
〃	〃 -726VMA III	250	4	〃	〃	〃		〃
日本ケミファ	HLC-723GHb V	3	27	100	55×58×50	72	お問い合わせ下さい	
	〃 -723G7	〃	50	160	53×55.5×48.2(90 SL 時)	49.5(90 SL 時)	〃	290 SL タイプも有り
日本電子	JLC-500 Amino Tac	1～200	加水：18 分 生体：60 分	1.2 K	95×75×90	250	1,800	アミノ酸自動分析機

12. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アジア器材	オートチューブ丸底	オートチューブ丸底は，自動化学会推奨サイズ(13φ75mm)の試験管で，バーコードを貼りやすい設計になっております．					
	オートチューブ・スピッツ	オートチューブ・スピッツは，丸底タイプと同様の仕様で，少量検体にも対応出来るようにスピッツタイプになっております．					
アロカ	ルミネッセンスリーダ BLR-201	生物化学発光測定装置(活性酸素，ATP，白血球貪食能などの測定)	約 100	約 41×38×35	約 17	190	
	マイクロプレートルミネッセンスリーダ Lucy2	2 試薬分注機能・振とう機能を標準装備 発光測定と吸光度測定が可能な 96 穴マイクロプレートリーダ	45 以下	約 46×35×26	約 11	380	
〃	ルミネッセンスリーダ Accu FLEX Lumi400		約 100	本体約 26×36×25 分注ユニット約 16×20×20	約 10 約 4.3	168	
東京貿易	ダイヤフラムポンプ TSDP-5, 10, 20	気液混合流体の吸引に最適					特注可能
	プランジャーポンプ TSMP-50～1000	小型・軽量，高精度・高確度，高耐久性					〃

核医学(RIA)機器
免疫血清検査機器

13. ラジオイムノアッセイ装置（Instrument for Radio Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アロカ	オートウェルガンマシステム ARC-380CL	RIA 各種				180	約 68×55×57	約 150	750	
〃	〃 ARC-1000M	〃				120 以下	約 104×63×66	約 200	850	
〃	全自動 RIA 装置 RIA-2500 シリーズ	〃	10～200	項目による	項目による	200/15	約163×10×145	約 500	構成による	市販ビーズ固相，チューブ固相 RIA 試薬に幅広く対応する全自動分析装置
〃	オートウェルガンマシステム AccuFLEXγ 7000 シリーズ	〃				7001：350 7010：450	7001 約 99×98×142 7010 約 133×98×142	7001：約550 7010：約480	1,100～1,300	
セントラル科学貿易	オートマチックガンマーカウンター 4/200	RIA 各種				約 200	60×56×52	114	500～	
〃	〃 10/600	〃				約 300	102×60×80	140	780～	10 本検出器

14. 酵素免疫測定装置（Instrument for Enzyme Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™パイダス SV-5010	47	項目により異なる	最大 36	プレパック方式	180	54×53×44	38		
アズウェル	パーソナルラボ		20～200		50～300	460	66×65×61	約 75	950	マイクロプレート固相 EIA 装置
	アッセイメイト		20～300		50～350	690	88×56×64	約 120	1,600	〃
〃	ネスコ SR1					300	76×63.5×48.5	66	1,500	
エイアンドティー	全自動酵素免疫測定装置 MI 01	アレルギー特異 IgE 他	5～100	最大 400 テスト／h	5～100	1K	120×70×130	350		
栄研化学	AIA-21	30	10～125	120	パック	1K	98.5×73.5×135	200	2,280	東ソー社製
	〃 -600 II	〃	10～100	60			81×62×51	72		〃
カイノス	QUARTUS	27	5～80	180	25～400	1K	89×77×56.8	130	1,700	専用試薬
	〃 BS	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	1,800	〃 バーコード対応
〃	〃 Immuno Cube	〃	〃	100	50～200	700	73×68×73	115	950	〃 〃
	全自動 ELISA システム「MAGO Plus」	9	200	項目による	25～250	805	120×66×70	90		全自動 ELISA 分析装置
協和メデックス	AP-960	全自動プレート EIA	30	項目による	300	100/15	92×75×68	80	1,600	
	AP-96	〃	可変	〃	〃	600	59×63×62	〃	1,200	

三光純薬	自動マイクロプレート EIA 測定装置 EP-one	マイクロプレート法全般	15～200		50～300	500	62.0×62.9×51.3	50	880	製造元：神田通信工業(株)
デイドベーリング	ベーリング ELISA プロセッサーIII		項目による	項目による	項目による	分析部 450	115×58×60	136	1,980	最大 10 プレート測定
東ソー	AIA-21	36	10～125	120	パック	1K	98×73×135	200		
	〃 -600 II	〃	〃	60	〃	250	81×62×51	72		
〃	〃 -1800ST	〃	10～100	180	〃	500	165×93×125	300		
	〃 -1800LA	〃	〃	〃	〃	〃	165×110×125	〃		
日水製薬	AIA-600 II	29	10～125	60		250	80×59×40	68	980	
	〃 -21	〃	〃	120		1K	98×73×135	200	2,480	
〃	〃 -1800	〃	10～100	180		500	165×93×125	300	〃	
日本ケミファ	アレルギー特異 IgE 測定装置 Diapack2000	40	50	30テスト/25分	260	500	75×63.5×51	100	お問い合わせ下さい	EIA 法
	全自動酵素免疫測定装置 MI 01	アレルギー特異 IgE	5～100	最大 400 テスト/h	5～100	1 K	120×70×130	350		
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	全自動マイクロプレート EIA 分析装置 Evolis		項目による	項目による	項目による	500	113×76×95	95	1.500	検体分注から測光まで全工程を自動化
	ノバパス 680 マイクロプレートリーダー					100	34×33×15	5.5	85	インキュベーター付き
〃	全自動マイクロプレート EIA 装置 PhD システム		項目による	項目による	項目による	200	71×56×71	35	900	検体 1 μL から分注
日本ビオメリュー	バイダス	感染症・下垂体および性腺ホルモン，他計 50 以上	項目による異なる	最大 90	プレパック方式	100/3	81×53×41	53	1,500	日常のメンテナンス不要
	ミニバイダス		〃	最大 48		100/1.8	54×53×44	38	480	〃
バイエルメディカル	バイエル イムノ 1	25	1～65	120	460	200/15	165×74×137	426	1,850	オイルテクノロジー採用
ロシュ・ダイアグノスティックス	COBAS CORE II	EIA 全般	3～250	150	10～470	1 K	99×66×76	110	2,300	

15. 蛍光免疫測定装置（Instrument for Fluorescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボットジャパン	IMX アナライザー	36 以上	150	15～40 分		700	70×63×36	43		
	AxSYM アナライザー	〃	83～275	80～120		1.8K	159×83×120	275	1,580	

シスメックス	エルジア・F750	26	20～200	120		1.2K	105×72×70	180	1,200	
	〃 ・FS1200	23	20～100	180		1.5K	142×80×128	360	1,600	
デイドベーリング	ストラタスCS	3	70～90	3		400	69×56×46	64	700	心筋傷害マーカー測定専用機
日水製薬	エバネットEV20	14	8～150	18		200	52×47×28	28	350	
三菱化学ヤトロン	LPIA-A700	40	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
和光純薬工業	LiBASys(リバシス)	AFP-L3	15	50テスト/4hr		900	54×62×115	130	945	

16. ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（Instrument for Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン・コールター	アレイ360システム	28	7～20	80	47	100	91×61×66	68		
	IMMAGEイムノケミストリーシステム	36	3～8	180	21	〃	110.5×64.8×76.2	123		

17. ラテックス凝集反応測定装置（Instrument for Latex Agglutination）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™IM SI-3510	CRP	50	6～8	プレパック方式	100	33×22.4×18.5	6		
エイアンドティー	502X	同時max60	2～40	max300	5～300	3K	156×144×90	500	4,300	
栄研化学	LX-2200	23	5-80	150	30～300	100/60	100×65×72.5	160	960	アロカ社製
シスメックス	免疫凝集測定装置 PAMIA-50	18	10	120テスト/h		1.05K	105×58.5×79.5	122		
	〃 -40i	〃	〃	70 〃		480	76.5×56.6×58.2	68		
〃	〃 -30	〃	〃	45 〃		〃	64×54×43.5	65		

バイエルメディカル	バイエル イムノ1	4	2～11	120	300	200/15	165×74×137	426	1,850	オイルテクノロジー採用
堀場製作所	LT-110	テオフィリン	4	6.7		100	28.9×41×41.5	18	288	血中テオフィリン濃度モニタリング専用
	〃 -120	CRP	8/4	13.8		〃	〃	〃	〃	全血でCRP測定
三菱化学ヤトロン	LPIA-S500	49	3～50	150	20～300	1K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		
	〃 -A700	40	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
〃	〃 -NV7	49	2～35	200	〃	1K	本体：71×72×50 Uボックス：23×45×38	150		

18. レーザーネフェロメータ（LN）（Instrument for Laser Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	テスト／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
デイドベーリング	ベーリングネフェロメータII	血漿蛋白	10～100	225	40	450	124×63×72	160	2,500	
	BNプロスペック	〃	〃	70	〃	〃	107×63×60	115	950	

19. 免疫比濁測定装置（Instrument for Turbidimetric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	テスト／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
三菱化学ヤトロン	LPIA-S500	49	3～50	150	20～300	1K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		
	〃 -A700	40	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
〃	〃 -NV7	49	2～35	200	〃	1K	本体：71×72×50 Uボックス：23×45×38	150		

20. 発光免疫測定装置（Instrument for Luminescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボットジャパン	ARCHITECT *i*2000	25	4～150	最大200		4K	173×107×122	450	2,980	
	〃 *i*2000SR	〃	〃	〃		〃	154×132×122	〃	3,500	
栄研化学	ルミスポットLS-2000	14	10～200	100テスト/h	40～50	100/10	120×71×133.5	260		アロカ社製

オーソ・クリニカル ダイアグノスティックス	ビトロス ECi	24	10～200	90			112×74×130	366	1,980	
オリンパス光学工業	SphereLight 180	29	10～90	180テスト/h		100/15	125×75×69	230		
カイノス	MM-100形ルミノメーター (MM-0100)	26	200 or 750	640	1,300	80	32×39.5×20.5	14	400	マストイムノシステムズ専用測定装置
協和メデックス	ケミルミ ADVIA Centaur	30	10～200	240	50～450	2K	184×105×131	545	3,220	
	〃 ACS 180 SE	13	〃	180	〃	〃	149×59×61	160	2,220	コントロールユニット寸法 57×65×61
〃	〃 〃 plus	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2,000	
	AP-96 C	2	10～100	96穴マイクロプレート1枚		600	63×74×52	90	1,200	ケミルミ BNP トロポニン T
三光純薬	ピコルミ 8220					700	95×71×65	130	1,750	
塩野義製薬	LUMIWARD(ルミワード) イムノアッセイシステム	特異 IgE	25	50	25～200	100/15	100×64×47	91	1,800	全自動ランダムアクセス
		総 IgE	10	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
デイドベーリング	スフィアライト 180	30	10～90	180テスト/h		100/15	125×75×69	230	1,600	
バイエルメディカル	ACS：Centaur	30	10～200	240	50～450	2K	184×105×131	545	3,220	
	〃 ：180SE	13	〃	180	〃	1K	149×59×61	160	2,220	コントロールユニット寸法 57×65×61
〃	〃 ：PLUS	〃	〃	〃		〃	〃	〃	1,980	
ファルマシア	ユニキャップ 100	特異 IgE	40	48T/約2.5		550	68×60×44	46	230	コンパクト
		非特異 IgE	〃	〃						S-IgE・T-IgE 同時測定
〃	ユニキャップ 250	特異 IgE	〃	60 T/1		MAX 1200	127×71×95	250	未定	試薬の架設・保管から結果報告まですべて全自動
		非特異 IgE	〃	〃						
富士レビオ	ルミパルス f(フォルテ)	34	10～140	120	項目により異なる	2K	125×80×150	404	1,950	
ベックマン・コールター	Access, Access2	37		100		100	99×61×47	91		
三菱化学ヤトロン	DPCイムライズ	最大 12	5～100	120	項目により異なる	100/10	107×63×41	109	880	
	〃 2000	〃 24	〃	200	〃	200/6	152×76×119	403.7	2,500	

〃	〃 1000	〃 12	〃	120	〃	100/6	114×63×47	113	880	
和光純薬工業	Sphere Light 180	29	10～90	180テスト/h		100/15	125×75×69	230		オリンパス光学工業社製

21. 蛍光偏光装置（Instrument for Polarized Fluorecence）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	分／検体	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボットジャパン	TDXFLX アナライザー	35	50～500	5～22		660	70×60×35	49		

22. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
協和メデックス	DM-JACK	糖尿病関連項目分析装置 GLU，HbA_{1c}，1,5 AG の 3 項目同時ランダム測定	300	42×43×40	25	850	
	〃 -JACK II		600	106.4×70×106.5	100	1,600	ラック搬送システム
シスメックス	トロポニン T，ミオグロビン測定装置 カーディアックリーダ	測定項目：ミオグロビン，トロポニン T，D-ダイマー 測定法　：反射型光学分析法 処理能力：8～12 分/テスト	10	25×20×9.5	1.3		
				34.9×47.0×19.5			
バイオテック	ELISA 用連続分注・洗浄装置　ALCS-2000	本装置は EIA 試薬のコーティングにおける，抗原・抗体の分注やブロッキング液の分注が可能で広範囲にわたりコストや労力のかかる作業を全自動で処理する。	110	225×92×54	100		
ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス 2010（ラックタイプ）	電気化学発光免疫測定法・卓上型	1.05 K	170×75×70	240	2,500	RD 標準 5 連ラック使用
	〃 （ディスクタイプ）	〃	800	120×75×65	170	2,000	
〃	モジュラーアナリティクス ㊀	モジュールアッセンブリ方式，電気化学連続発光法	220/20	245×110×114	895		
	〃 〈EE〉	〃	〃	365×110×114	1,350		
〃	〃 〈PE〉	〃	〃	〃	1,300		
	〃 〈EEE〉	〃	〃	485×110×114	1,805		
〃	〃 〈PPE〉	〃	〃	〃	1,710		
	〃 〈EEEE〉	〃	〃	605×110×114	2,260		

血液検査機器

23. 単項目血球計数装置（Blood Cell Counter for Single Item）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
興和	白血球計数装置 LD-2000 system	30	60～100	画像解析	白血球	100/2	35×58×23	16		

24. 多項目血球計数装置（Blood Cell Counter for Multiple Item）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™BC SB-1410	12	50	電気抵抗法	10	250	38×39×42	15		
									3	
アボットジャパン	セルダイン4000	112.5	72～106	レーザー多角度偏光散乱分離法	32	200/9.6	109×81.3×74	148.3		CD61，CD3/4/8 測定可
〃	〃 3700	20～355	60～90	〃	25	1.55K	76×79×68	131		網赤血球測定可
〃	〃 3200	20～250	60～70	〃	24	800	48×83×74	105.5		〃
〃	〃 1700	30～450	40～60	電気抵抗法	18	600	87×66×49	71		キャップピアシング吸引
〃	〃 1200	20	22	〃	〃	500	41×42×41	20	280	〃
〃										
シスメックス	多項目自動血球分析装置 XT-2000i	サンプラモード 150 クローズドモード 150 マニュアルモード 40 キャピラリーモード 40	80	RF/DC 検出方式 フローサイトメトリー法	31	530	53.0×72.0×63.0	76		ネットワーク対応
〃	〃 XT-1800i	〃	〃	〃	24	〃	〃	〃		
〃	〃 XE-2100	サンプラモード 130 CP モード 200 キャピラリーモード 40	150～113	RF/DC 検出方式 フローサイトメトリー法	32	1K	70.6×53.5×71.1	134.5		
〃	〃 SE-9000	サンプラモード：250 マニュアルモード：100 キャピラリーモード：40	120	RF/DC 検出方式	23	1.86K	110.8×61.8×72	165		
〃	多項目自動血球分析装置 自動網赤球測定ユニット SE9000/RAM-1	〃	120～70	〃	28	3.03K	150.8×82×72	204		
	多項目自動血球計数装置 K-4500	サンプラモード：200 マニュアルモード：100 キャピラリーモード：40	80	〃	18	600	58×63×60	50		
〃	〃 SF-3000	サンプラモード：270 マニュアルモード：170 キャピラリーモード：40	〃	フローサイトメトリー法	23	〃	58×73×60	62.5		
〃	〃 KX-21	全血モード：50 希釈モード：20	60	DC 検出方式	18	230	42×35.5×48	28		
〃	〃 KX-21N	〃	〃	〃	〃	〃	〃	30		ネットワーク対応 チケットプリンタとの接続可能
	〃 KX-21NV（動物用）	〃	〃			250 以下	42×35.5×48	〃		
〃	〃 POCH-1001	全血モード：約 15 希釈 〃 ：20	約 24		8	約 150 以下	18.5×46×35	約 14		
	自動血球計数装置 F-820	20	86	〃	15	160	38.7×39.7×32.5	20		

〃	〃 F-520	〃	144		5	105	25.2×39.7×32.5	12.5		
	自動網赤血球測定装置 R-3500	マニュアルモード：100 サンプラモード：250 キャピラリーモード：100 クローズドモード：250	120	フローサイトメトリー法	8	2.395K	110.9×82.1×72	134.5		
〃	〃 R-500	50	40	〃	3	550	48×50×60	50		
日本光電工業	セルタック F MEK-8222	55	80	電気抵抗法 レーザー散乱	22	360	61.3×55.0×58.3	55	780	
	〃 E MEK-7222	〃		〃	〃	250	38.2×48.5×52	38	515	
〃	〃 α MEK-6318	30	60	電気抵抗法	18	190	31.5×37×47.5	21	385	
	〃 α MEK-6308	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃	355	
バイエルメディカル	ADVIA120	157	120	光学法	67	100/15	141×68×86	180	3,500	CBC, Diff, Retic 同時測定 Retic 恒数
	〃 60	10	55	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	18	150	36×32×42	14	350	廃液パック
〃	〃 70	90*	70	インピーダンス法 MDOS シアンフリー法	17	200	34×59×49	38	950	自動再検，10万検体メモリー (※少量検体モード時)
フクダ電子	エースカウンター FLC-220	10	30	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	7	100	30×36×41	13	250	
	〃 FL-250CBC	〃	60	〃	8	80	30×40×41	16	360	
〃	動物用自動血球計数装置 LC-152	12	37	〃	〃	150	36×32×42	14	420	
	自動血球計数装置 LC-550	10	55	〃	18	80	30×40×41	16	398	
ベックマン・コールター	LH750	300	110	アキュカウントテクノロジー VCSフローサイトテクノロジー	29	1.65K	102×61×89 (測定部)	93.2		
	GEN•S System 2	〃	120	電気抵抗法 レーザスキャッター	29	1.65K	99×56×86 (測定部)	104		
〃	HmX	185	75	〃	24	1.44K	68×56×79	95.6		
	A^c・T 5diff CP	30	60	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法 細胞化学的吸光法	26	240	45×201×58	36.2		
〃	〃 10	12	50	〃	10	250	38×39×42	15		
	〃 diff		〃	〃	18	〃	〃	〃		
堀場製作所	LC-250	10	60	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	8	100	30×40×41	16	360	国内ではフクダ電子より FL-250CBC として販売
	ペントラ 20 LC-140	サンプラモード 200 マニュアルモード 130	120 60	電気抵抗法＋吸光度測定	26	最大 1K	116.2×54.4×66.8	90	2,100	白血球 5 分類測定
〃	〃 120 レチック LC-141	〃	60 40	電気抵抗法＋吸光度測定 レーザー蛍光発光	38	本体最大800 レーザー最大900	117×55×74 29×17×11	110 6.1	3,700	白血球 5 分類，網赤血球測定
	LC-275CRP	18	13	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法 ラテックス免疫比濁 rate 法	9	150	30×40×41	18	488	国内ではフクダ電子より FL-275CRP として販売
〃	〃 -152	12	37	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	8	最大 150	36×32×42	14	420	動物用自動血球計数装置
	ペントラ 60 LC-5000	5DIFF モード 53 CBC モード 130	60	電気抵抗法＋吸光度測定	26	最大 200	44.4×48.1×51.6	35	530	白血球 5 分類測定
〃	LC-175CRP	CBC+CRP モード 18 CBC モード 10	48 13	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法 ラテックス免疫比濁 rate 法	18 19	150	30×40×41	18	〃	全血で白血球 3 分類を含む血球計数と CRP 同時測定
	〃 -550	10	55	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	18	80	〃	16	398	白血球 3 分類測定

〃	ベントラ 80 LC-5501	5DIFF モード 53 CBC モード 30	80	電気抵抗法＋吸光度測定	26	300	82×57×54	55		白血球 5 分類測定

25. 血液凝固測定装置（Blood Clot Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エイアンドティー	CG02	25		粘性感知ドライ試薬カード方式	PT, APTT, Fib, TB	100/1.8	23.5×24.1×10.6	3	95	アットウィルより販売
エム・シー・メディカル	KC1 A マイクロ			磁気センサー スチールボール法	凝固系	14	12×20×8	1.2	48	
〃	〃 4A マイクロ			〃	〃	50	36×36×10	6.5	148	
〃	〃 10A マイクロ			〃	〃	〃	38×48×18	19	350	
	AMAX	1～500	PT 190	スチールボール法 光透過法	凝固，線溶系	600	69×56×82	98	960	
三光純薬	ラックローター	5～50	PT170・ランダム 120	光透過法	凝固・線溶	400	102×72×39	61	760	
	コンパクト XR	〃	〃	〃	〃	〃	72×65×39	51	660	
シスメックス	コアグレックス 800	PT,APTT：30 T：20 Fbg H：10 ATIII：2.5 FDP：3 DD：10	300	散乱光度法，吸光度法	凝固13，合成基質6，ラテックス比濁6	1,100	58×66×119	150	998 (本体のみ)	
	全自動血液凝固測定装置 CA-7000	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 外因子定量：5	500テスト/h	〃	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT,因子定量AT III,α2PI,PLG,FC,FDP,DDダイマー	1,450	105×62×76.5	145		
〃	CA-6000 〃	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 外因子定量：5 因 〃 ：10	300 〃	〃	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT因子定量AT III,α2PI,PLG,FC,FDP,DDダイマー	930	87×55.2×86	75		※合成基質，免疫比濁はオプション
	CA-1500 〃	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 外因子定量：5 因 〃 ：10	120 〃	〃	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT因子定量AT III,α2PI,PLG,FC,FDP,DDダイマー	720	78×78×50	84.5		
〃	CA-550 〃	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 TTO：20 AT III,FDP：10	最大 50 〃	光散乱検出方式 比色法方式	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT因子定量AT III,α2PI,PLG,FC,FDP,DDダイマー	400	54×49×47	45		
	CA-510 〃	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20	〃 〃	光散乱検出方式	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT	〃	〃	〃		
〃	CA-530 〃	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 AT III：10	〃	光散乱検出方式 比色法方式	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT,ATIII	〃	〃	〃		
	自動血液凝固測定装置 CA-50	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20		光散乱検出方式	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT,因子定量		32.8×31×10.2	4		
第一化学薬品	コアグレックス 800	2～75	300(凝固分析モード) 180(標準モード)	凝固時間法 合成基質法 ラテックス比濁法	20		57×65×120	100		
日本ビオメリュー	MDA-II	5～	180	透過光	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT因子定量AT III,α2PI,PLG,FDP,DDダイマー	200/7	130×79×163	386	1,480	国内販売元：㈱日立ハイテクノロジーズ
	コアグ-A-メイト MTX	2～	70～80	〃	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT因子定量AT III,α2PI,PLG	100/4	78×50×54	60	850	〃
〃	ラックローター	5～	項目により異なる	〃	凝固免疫合成基質	〃	102×72×39	61	760	国内販売元：三光純薬㈱
	コンパクト XR	〃	〃	〃	〃	〃	72×65×39	51	660	〃
三菱化学ヤトロン	ACL Futura Plus	10～50	240(PT-FIB同時測定)	クロット法 発色性合成基質法 ラテックス凝集法	凝固・線溶	400	104×63×59	84	1,100	凝固・線溶ランダム測定 PT-FIB 1試薬同時測定
	〃 7000	〃	175(PT-FIB同時測定)	〃	〃	300	75×63×45	50	600	PT-FIB 1試薬同時測定

〃	〃 9000	〃	〃	〃	〃	350	92×60×60	63	880	〃
	〃 Advance	〃	240(PT-FIB同時測定)	〃	〃	330	104×63×59	84		〃
ロシュ・ダイアグノスティックス	STA-R	25～200 5 μL 毎可変	最大 300	ビスコシティ・ディテクション方式	凝固時間合成基質免疫比濁	100/20	121×82×125	200		寸法・重量は本体のみ
	STA Compact	25～200 5μL 毎可変	150	〃	〃	100/15	98×66×64	125		〃
和光純薬工業	COAG 2	25		粘性粒子による凝固終点検知方式	PT,APTT Fib,TB	100/1.8	21×23×10	3	95	(株)エイアンドティー製

26. 血小板凝集測定装置 (Instrument for Platelet Aggregation Test)

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイエスケー	WBA Neo ISK-1	200×4	20	SFP	100/3	25×50×43	20	350	
	ISK シリンジポンプ MODEL 777	2.5 mL		コラーゲンビーズカラム法	〃	23.8×17×15.6	3,7	35	プラビーズカラム PAG 30 入：19,500
興和	PA-20	300	2	レーザー散乱光 LED 濁度法	100/2	41×33×13	8.5		
	〃 -200	〃	4	〃	〃	55×32×15	14		
〃	ET-800	100・200	8	光透過法	〃	52×40×20	15	350	東京光電社製
フィンガルリンク	Model 591	500 全血	1	電極法	55	33×23×15	5.9	120～	前処理無し測定 6 分
	〃 592	〃	2	〃	120	33×38×15	8.2		〃
〃	490 シリーズ	250 PRP	2～4	光透過法	100	33×44×15	11.5	98～	
	SPA-2000	〃	1	〃	60	31×50×13	11.0		用途は血小板の保管等
〃	C 560	全血 PRP 兼用	2	電極と光透過	80	46×46×24	15.9		同時 ATP 放出測定

27. 赤血球沈降速度測定装置 (Instrument for Erythrocyte Sedimentation Rate Test)

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		mL			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エム・シー・メディカル	ベスマティック 30	1	30	ウェスタグレン変法	65	51×50×35	20	180	
	〃 20	〃	20	〃	60	40×27.5×27.5	10	90	
〃	ミニベス	〃	4	〃	9/0.3	11×14.1×18.5	0,7	18	

常光	モニター100	1.1	100	レート法	100/1	29×44×18	7		バーコードリーダー
	〃 40	〃	40	〃	〃	33×31×20	5		〃
〃	〃 20	〃	20	〃	〃	29×26×18	4		〃
	〃 12	〃	12	〃	〃	24×26×20	3	38	〃
テクノメディカ	ESR-quick 15	1.8	15	CCDカメラ画像処理	100/3	39×43×29	25	160	従来の2時間値を30分で測定。真空採血管ダイレクト法
	〃 -6000BP	〃	60	国際標準法	〃	53×35×43	〃	300	バーコード対応
〃	〃 -1000	〃	10	〃	〃	32×17×47	11.5	48	
長瀬産業	Quick Eye クイックアイ	1.6 1.0, 0.5(開発中)	20,40,60	CCDカメラ透過法	150	39×45×28	12 g 30 g 36 g	230 330 430	1時間値を20分で測定 結果は沈降カーブによるパターン表示
ニプロ	FA-3		12	ウェスタグレン法	100/0.3	17×37×46	10	45	
フィンガルリンク	Test 1	150	1	定量キャピラリー・フォトメトリー法	250	51×59×64	39.5	398	高速120検体/1h CBC検体で可測定時間20秒バーコード対応
	micro test 1	30	〃	〃	〃	30×35×58	19.2		

28. 血液標本自動作製装置（Auto Preparing Instrument for Blood Sample）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体/h	V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボットジャパン	セルダインエスエムエス		80～120	1.5K	84×89×71	120		
シスメックス	塗抹標本作製装置 SP-100	100	120	1.28K	92×73×70.5	120		
	遠心塗抹装置 HEG-NSP	200			19×43×23 (閉蓋時)	20		ヒトおよび実験動物の血液塗抹標本の作製．スピナー法，4,700 rpm
〃	自動染色装置 HEG-NST				44.6×62×40	33		ライト染色，メイギムザ染色や他の染色が可能．タイマー 0～99分59秒可能，染色槽：3槽，洗浄槽：1槽
バイエルメディカル	ADVIA S60	20	60	435	54×61×54	37		ウエッジ塗抹標本の作成 HEMA TEK 染色技術
堀場製作所	SPS LX-9131		120	最大1K	91×70×50	80		標本作製，染色まで自動化

29. 血液像自動分類装置（Instument for Blood Cell Differentiation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
		μL	検体/h	V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
シスメックス	血液細胞自動分析装置 MICROX HEG-50S		50		自動顕微鏡ユニット 50×55×47	80		

30. 細胞分類装置（Instrument for Differential Cytology）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
		μL	検体/h		数	V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン・コールター	EPICS XL-MCL System II	指定なし	120	レーザーフロー サイトメトリー	12	3K	87×58×51	84.8		デジタルフローサイトメーター (4カラーオートサンプラタイプ)
〃	〃 ALTRA	〃	100	〃	〃	〃	178×198×132	300		高速セルソーター
〃	Cytomics FC500	〃	120	〃	14	4K	112×74×61	84.8		空冷デュアルレーザー搭載 5カラー，オートサンプラ内蔵

31. 全自動輸血検査装置（Fully Automated Pre-transfusion Blood testing System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体/h		V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス光学工業	ID-Gelstation	10～50	30カード/時		100/3	100×60×650	87		
オーソ・クリニカル ダイアグノスティックス	オーソ・オートビュー	血漿 40 RBC 10	48(ABD) 36(Screen)	ABD Screen 等	1.15K	140×75×92	230	1,900	
三光純薬	ABS2000	血漿 50		凝集法・ 固相法	600	130×67×67	159	1,800	

32. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アロカ	染色体画像解析装置 Cyto Vision シリーズ	カリオタイピング，FISH，CGH を測定	構成による	構成による	構成による	1,180	高精度でのカリオタイピングが可能。 CGH，マルチカラーFISH にも対応

オリンパス光学工業	ID-Micro Typing System	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型のマイクロタイピングシステムです。					
興和	細胞マイクロレオロジー測定装置 MCFAN	血液細胞の流動性を視覚的に観察できる	100/5	30×30×50			日立原町電子工業社製
シスメックス	血液分類計数器 LADIC-12	測定項目：白血球 12，赤血球 12 測定法　：顕微鏡目視手入力		17×25×12	1.5		RS232C接続可能
	骨髄像分類計数装置 LADIC-300	測定項目：血液像 12，骨髄像 48，記憶検体データ最大 6 万件，時系列データ表示 測定法　：顕微鏡目視手入力		30×25×10	7		〃
常光	グリコヘモグロビン A_{1c} 分析装置 HS-12	前処理なしで，安定型グリコヘモグロビン A_{1c} を 1.5 分/検体処理	100/2	57×62×61	65		キャップ-ピアス方式
バイオテック	クームスサンプラー CS-5000	クームス試験用全自動型サンプラーで 300 検体/毎時の処理能力を持っています。	350	88×67×60	70	580	
フクダ電子	自動血球計数 CRP 測定装置 FL-275CRP	CBC 8 項目＋CRP 定量 測定方式：WBC，RBC，Hct，PLT：電気抵抗法 Hgb：シアンメトヘモグロビン法 CRP：ラテックス免疫比濁 rate 法	150	30×40×41	18	488	
〃	自動血球計数 CRP 測定装置 LC-175CRP	白血球 3 分類含む CBC 18 項目＋CRP 定量 測定方式：上記に同じ	150	30×40×41	18	530	
	自動 CRP 測定装置 LT-120	CRP 定量。測定方式：ラテックス免疫比濁 rate 法	100	29×41×41	〃	288	
和光純薬工業	マイクロタイピングシステム ID-GelStation	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型の全自動マイクロタイピングシステムです	300	100×60×65	85 本体のみ	1.850	
	〃 カード用遠心機ID-Centrifuge 24S	〃	100	37×41×17	12	68	
〃	〃 カード用遠心機ID-Centrifuge 6S	〃	60	27×31×17	6.7	40	
	〃 カード用恒温機ID-Incubator 37S I	〃	200	31×34×19	6	32	
〃	〃 カード用恒温機ID-Incubator 37S II	〃	〃	36×42×21	9	68	

細菌検査機器
尿検査機器
病理検査機器

33. 微生物分類同定装置 (Instrument for Bacterial Identification)

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体/h	V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
デイドベーリング	マイクロスキャン Walk Away 96SI	比色法,比濁法, 蛍光法		1.1 k	97×74×94	182	3,300	同定/感受性同時測定
〃	〃 40SI	〃		〃	97×74×74	170	2,000	〃
〃	〃 auto SCAN-4	比色法, 比濁法		120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
東京航空計器	抗酸菌鏡検装置 TAC-1000	蛍光法(画像判定)	20	本体のみ 100/06	本体のみ 38×56×56	本体のみ 48		抗酸菌目視検査を自動化
日本ベクトン・ディッキンソン	BD フェニックス™	生化学反応 色調吸光度測定		700	112.5×74.9×105.9	151.4		一般細菌の同定感受性検査を迅速に 完全自動で行える装置である
日本ビオメリュー	バイテック 2/バイテック 2 XL	蛍光		(バイテック 2) 100/5	(バイテック 2) 100×71×67	(バイテック 2) 100	(バイテック 2) 1,800	次世代の全自動細菌分析装置
	〃 32,60,120,240,480	比色及び比濁法		(バイテック 32) 100/5	(バイテック 32) 35×74×61	(バイテック 32) 45	(バイテック 32) 580	
〃	ミニアピ	〃		100/2	43×46×35	25	450	

34. 感受性試験装置 (Instrument for Bacterial Sensitivity Test)

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	薬剤形態	MIC 測定	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体/h		可・否	V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
デイドベーリング	マイクロスキャン Walk Away 96SI	比色法,比濁法, 蛍光法		ドライパネル	可	1.1 K	97×74×94	182	3,300	同定/感受性同時測定
〃	〃 40SI	〃		〃	〃	〃	97×74×74	170	2,000	〃
〃	〃 auto SCAN-4	比色法, 比濁法		〃	〃	120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
長瀬産業	IS60/IMUNO MINI	濁度	60	プレート	可	100/7	94.2×54.2× 88.2	80	880	
	IA20 MIC	画像判定	20	〃	〃	100/5	75×50×53	60	1,200	
〃	IS60/Lucy2-S3	濁度/化学発光	60	〃	〃	100/7	94.2×54.2× 88.2	80	1,400	MIC 測定が 4 時間
日水製薬	RAISUS	蛍光/比色法	40	乾燥プレート	可	200	82×80×125	180	1.500	

日本ビオメリュー	バイテック2/バイテック2XL	比濁法		カード式	可	(バイテック2) 100/5	(バイテック2) 100×71×67	(バイテック2) 100	(バイテック2) 1,800	次世代の全自動細菌分析装置
	〃　32,60,120,240,480	比色及び比濁法		〃	〃	(バイテック32) 100/4	(バイテック32) 35×74×61	(バイテック32) 45	(バイテック32) 580	

35. DNA測定装置（Instrument for DNA Analysis）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体/h	V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アロカ	DNAシーケンシングシステム 4200L-Gシリーズ	STR,SSCP, DNAシーケンシング	16又は32 サンプル(シーケンス)	400	53×41×92	37	1,080～1,380	1,000ベース以上の解析能力。STR等の多型解析も画像により解析可能
	DNAアナリシスシステム 4200S-Gシリーズ	〃	64サンプル (STR時)	〃	48×41×59	29	800～1,250	コンパクトでも800ベースを解析。プレキャストゲルでゲル作成不要
〃	遺伝子増幅装置 Hotgene96	PCR,DNA シーケンス反応等	96穴マイクロ プレート	1.2K	31×31×30	12	100～	4℃/sの高速加温速度。384マイクロプレート，ISHスライドガラス処理用も用意
	イメージングシステム Odyssey	サザンブロット， ウエスタンブロットほか	項目による	200	53×58×37	33	1,000～	ケミルミと同じ感度で蛍光検出が可能。2重標識の検出が可能
日本ベクトン・ディッキンソン	BDプローブテック™ET	核酸増幅法		300	72.4×72.4×54.6	32.7		新法SDA法を用いて簡便にDNAを増幅測定するシステム
バイエルメディカル	バイエルルミノメーター Hct	TMA (化学発光測定)	94検体/5時間	40	45.72×66.67×45.72	19	1,088 (機具一式)	TMA定性分析用装置
ロシュ・ ダイアグノスティックス	COBAS AMPLICOR	遺伝子増幅		0.8K	86×57×90	75	980	PCR検査用自動測定装置
	Light Cycler	リアルタイムPCR		110	30×45×40	20		DNA抽出機
〃	MP-12	DNAハイブリダイゼーション		100	38×64×55	47		自動核酸抽出機

36. 核酸抽出装置（Nucleic Acid Extractor）

会社名	商品名 型式名	サンプル (種類)	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体/h		V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
バイオテック	核酸抽出装置 AGE-96	全血		ビーズ法抽出	400	70×75×75	80	850～	96cH同時処理，コンパクトサイズ，全自動

37. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	4ccスポイトL	バイオハザードの恐れのある検体を，より安全に，より確実に検体処理が行えます					
	15mLスクリュースピッツ	DNA測定検査などの，前処理容器として使用できます					

セントラル科学貿易	エアーサンプラー RCS	空中浮遊菌を定量的に分析する採取装置		4×4×33.5	1.1	29.8～	
日本ビオメリュー	バクテアラート 3D	連続モニタリングシステムによる血液・抗酸菌培養装置，検出原理は CO_2 産生による色調変化により検出	100/10	85.2×61.7×91.4	170	980	同時測定可能検体数：240 検体
	〃 コンビネーション	〃	100/6	50×67.6×78.2	90	580	〃 ：120 検体
和光純薬工業	トキシノメーター MT-358	エンドトキシン及び(1→3)-3-D-グルカンの測定が同時に行え，グラム陰性菌及び真菌による敗血症の迅速診断に有用です．	300	35×41×31.8	15	265	

38. 浸透圧計（Osmotic Pressure Manometer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	サンプル量	測定範囲	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h	μL	mOsm／kg	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オズモステーション™ OM-6050	20～30	200以上	0～2,000	200	32×46.5×43.5	30		
	オズモスタット™ OM-6040	〃	〃	〃	150	34×36×22.2	16.5		
富士工業	アドバンス浸透圧計3D3	低濃度2分/検体 高濃度3分/検体	200～300	0～4,000	100/1.5	32×42×30	11	198	凍りにくいサンプル測定可能
	〃 3300	1分/検体	20	0～2,000	100/1	26.5×33.5×39	9	〃	最新測定データリコール機能 30検体計算機能
〃	〃 3900	低濃度2分/検体 高濃度3分/検体	200～300	0～4,000	100/4	55×51.8×54.5	25	428	凍りにくいサンプル測定可能・本器に記憶されている測定結果とメッセージリコール機能

39. 尿分析装置（Urine Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	定性・定量の区別	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オーションマスター™ UM-3410	167	定量	7	450	53×68×50	50		
	オーションマックス™ AX-4280	225	定性	12	250	53×53×53	33		
〃	オーションジェット™ AJ-4270	450	〃	11	40	33×23×16.8	4		
	オーションミニ™ AM-4290	120	〃	10	30	35×31.5×13	3		
〃	ポケットケム™UA PU-4210	60	〃	〃	単三電池×2	12.5×8.7×3.25	0.3		
栄研化学	US-2100	720	定量	10	85	40×36.5×31.5	25	250	寺崎電気産業社製
	〃 -2100 R	〃	〃	〃	45	39.2×32.5×30.5	13	〃	〃
〃	〃 -3100	480	〃	〃	600	68×89.2×67.5	115	980	〃
	〃 -3200	〃	〃	〃	〃	126.0×78.7×87	140	〃	〃
シスメックス	URISYS2400 尿自動分析装置	最大240 検体/時	定量	比重・pH, 蛋白質, 糖, 潜血, ブドウ糖, ケトン体, ウロビリノーゲン, ビリルビン, 亜硝酸, 白血球	200	53×65×67	85		
	尿自動装置 Miditron M	最大300 検体/時	〃	〃	95	48×48×31	15		
バイエルメディカル	クリニテックアトラスXL	225	定性/微量アルブミン・クレアチニン	14	100/3.5	72.4×65.5(5)66.0	86.5	985	色調・混濁測定可，アルブミン指数を自動計算
	〃 100	60	〃	10	100/0.2	39.4×32×11.2	3.9	39.8	色調・混濁入力可
〃	〃 50	〃	〃	13	100/0.3	15.2×24.2×15.2	1.4	12.5	色調測定可，アルブミン指数を自動計算
	〃 500	514	〃	11	100/0.72	37.7×32.4×28.2	7.4	224.5	BCRにてID番号，色調混濁入力す，アルブミン指数を自動計算

和光純薬工業	プレテスター RM805	300(最大)	定性	〃	100/0.5	27×21×10	2.8	65	小型分析装置 マイクロニクス社製

40. 自動 PSP 測定装置（Automated PSP Tester）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定項目	サンプル量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h		mL	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	ピーエスピーオート™ PSP-3120	13秒/分画尿	PSP排泄率と尿量	12	30	35×31.5×13	6		
常光	PSP-DP	20	PSP負荷		100/2	27×33×50	9	120	2波長測光方式

41. 尿沈渣分析装置（Urine Sediment Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定原理	サンプル量	分類項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h		μL	数	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エイアンドティー	全自動尿中有形成分分析装置 UM01	60	顕微鏡 画像撮影法	112.5	5	750	60×65×150	約130		
	〃 UM01 α	〃	〃	〃	〃	〃	〃 (本体)	〃		DSS搭載
シスメックス	全自動尿中有形成分分析装置 UF-50	50	フローサイト メトリー法	約800	5	2.18K	48×56×70	55		
	〃 UF-100	100	〃	〃	〃	2.3K	60×70.5×80.7	114		
東洋紡績	U-SCANNER	60	顕微鏡 画像解析	約150	5 (詳細分類一部可能)	750	60×65×150	130		
日立ハイテクノロジーズ	6800尿自動分析装置	120	フローサイトメトリー+画像パターン認識	約100	自動分類6 参考出力7 検体フラグ4	分析部：100／10 画像レビュー200／10	分析部： 85×75.5×47.5	分析部： 約80		
フィンガルリンク	DiaSys Work Station	サンプル移動3秒	マニアル連続フロー方式	210		18	35×26×24	6.8		

42. 便潜血測定装置（Automated Fecal Occult Blood Analyzer）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	測定原理	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アズウェル	ヘモテクト HT500	比色法	96	金コロイド 比色法	350	本体 70×66×48 ポンプユニット 35×37×34	72 13	498	
	〃 NS-1000	〃	200	〃	300	66×61×48	60	560	

栄研化学	OCセンサーII	ワンステップレイト法	90	ラテックス凝集	350	74.2×63×43	60	630	多摩精機社製
	〃 -270R	〃	270	〃	〃	78×57.5×56	70		〃
〃	〃 -550S		550		〃	70×57.5×56	〃		〃
	OCセンサーμ	ワンステップレイト法	80	ラテックス凝集	150	32×53×42	26	300	〃
〃	〃 neo	〃	250	〃	500	63×60×58	70	698	アロカ社製
協和メデックス	HM-JACK	テラックス凝集	180	ラテックス凝集	300/15	5×55×50	40	480	
シスメックス	ヘモリアス200	比色法	180	ラテックス免疫比濁法	150	50×61.5×45.4	35	260	
常光	HGS-180	イムノクロマト法	180	反射デンシトメトリー	100/2	65×65×60	65	650	テストキットは用手法と共用
和光純薬工業	JIA-HB2010	金コロイド比色法	200	金コロイド凝集反応	100/5(max)	59.2×54.2×58	68	580	
	Quick Run	〃	10検体/16.5分	〃	100/1.2	24.5×30×30.5	11.2	94	便潜血小型精密分析装置 尿中総蛋白質測定可

43. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	12 mL 沈渣スピッツ	12 mL 沈渣スピッツは，各種尿検査器械に対応し，バーコードの貼りやすい設計になっております．					
	11.5 mL 沈渣スピッツ	〃					
バイエルメディカル	クリニテックアトラス	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，混濁					
	〃 500	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，微量アルブミン，クレアチニン					
〃	〃 100	〃					
	〃 50	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，微量アルブミン・クレアチニン					アルブミン指数を自動計算
〃	〃 アトラスXL	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，混濁，微量アルブミン，クレアチニン					〃

44. 自動組織細胞染色装置（Automatic Tissue Staining Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理工程槽	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数	数／回	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
協和メデックス	Opti Max Plus	40 試薬	40 枚/1 回 2 時間	100	122×61×69	76	980	
	*i*6000	60	60 枚/1 回 3 時間	〃	98×61×46	53	1.200	
ダコ・サイトメーション	ダコ Autostainer	最大 64 バイアル	48 スライド/回	最大 400	102×69×61	63.5	680	試薬ドロップディスペンサー方式

45. 画像処理装置（Image Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目数	画素数	モニター（インチ）	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		種	画素	カラー／モノクロ	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
シスメックス	血液細胞画像ファイリングシステム LAFIA	最大 80,000 枚	有効画素数：768×494(R,G,B)	17 インチ フルカラー	合計：約 1K 以下	本体 22×45×41(変更あり)	合計：100 以下		CL/SV 型により，Web ブラウザでの画像参照等が可能

46. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	マルチトランスチューブ	スライドガラスの輸送ケースで，アルコール固定などの固定容器，特殊染色容器としても使用できます．					
ニューコン	染色体画像解析システム カリオビジョン	染色体顕微鏡像の画像解析による自動分類．G 分染，Q 染色対応				1.500	

生理機能検査機器

47. 画像撮影装置（Image photographic System）

会社名	商品名 型式名	検出方式	画素数	励起光	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				nm	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	ゲルドキュメンテーション解析システム ゲルドック2000	CCDカメラ	768×494	302 UV	400	61×45×96	41.5	300	

48. 心電図検査システム（Electrocardiogram Analyzer）

会社名	商品名 型式名	解析方式	チャンネル数	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
茶谷産業	EKG Card	ソフト	12	4~16 VDC/17 mA	8.5×9.1×0.2	0.28	50	世界一軽量，小型心電計

49. 呼吸機能自動検査システム（Automatic Respiratory Function Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目	検出方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
茶谷産業	SpirOx Card	全	リアルタイム	5 VDC/84 mA	5.3×14×3.8	0.074	50	世界初，唯一の肺活量とパルスオキシメータがひとつになったPCカード

50. 超音波膀胱容量測定装置（Device for Bladder Volume Measurment）

会社名	商品名 型式名	測定項目	検出方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
シスメックス	ブラッダースキャンシステム BVI 6100	膀胱容量	超音波法	3.8 V リチウム イオンバッテリー		0.309		
	ブラッダーマネージャー BVI 3000	〃	〃	13.2 mW 〃	23×32×7	7.3		

システム

51. 臨床検査システム（Computer System for Clinical Laboratory）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分析	ホスト／ サーバ CPU	データ 入力方式	端末台数	オンライン 分析計台数	検査項目数	データ 保存日数	メーカー 希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	メックネット™コアラボ	生化学，血清， 血液，尿	Windows 2000 Server	オーダリング， キーボード	別途相談	任意	制限なし	ディスク容 量による		臨床検査システム
〃	〃　ミニラボ	生化学，血液，尿	Windows 2000	〃	1～4	～8	〃	〃		データ管理システム端末
〃	〃　ケアラボ	〃	〃	〃	1～3	〃	〃	〃		クリニック用検査システム
アイテック阪神	MELAS-i	生化学，血清， 血液，尿一般	Windows	オンライン，K/B， OCR，OMR他	1台～	1台～		ディスク容 量による		
〃	〃　（細菌）	細菌	〃	〃	〃	任意		〃		サブシステム単独での導入も 可能
〃	〃　（輸血）	輸血	〃	〃	〃	〃		〃		〃
〃	〃　（生理）	生理	〃	〃	〃	〃		〃		〃
〃	Path Mate	病理	〃	〃	〃			〃		
〃	検査結果参照webサーバ	臨床支援	〃					〃		
〃	TOHMAS-i	健診	〃	オンライン，K/B， OCR，OMR他	1台	任意		〃		
〃	フォローアップシステム	〃	〃	〃	〃					
エイアンドティー	臨床検査システム CLINILAN GL	生化学，血液， 血清，一般，RI，	Pentium Ⅳ	オーダリング OMR，OCR， 用手法	1～	任意	9999	任意		検査業務システム
〃	輸血検査システム 〃　BT	輸血	〃	オーダリング OMR，OCR， 用手法	〃	〃	〃	〃		〃
〃	血液学検査システム 〃　HM	血液	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃
〃	細菌検査システム 〃　MB	細菌	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃
〃	病理検査システム 〃　PA	病理	〃	オーダリング， 用手法	〃		任意	〃		〃
〃	検査室管理支援システム 〃　LM		〃		〃					在庫管理・ コスト管理支援システム
〃	臨床検査情報ブラウザ CLINIWeb	検査結果照会	〃		〃					検査結果参照・ 検査状況参照システム
〃	個別検体データ検証システム CLINIEEL Server	生化学，血液， 血清	〃		〃					検査業務支援システム （精度管理）
オービーシステム	CLiP	生化学，血液， 血清，一般	Windows xp/2000	オーダリング OMR，OCR	1～	1～	9999	ディスク容 量による		各種カスタマイズ機能
〃	〃　-MEX	健診	〃	OMR，OCR	〃	〃	〃	〃		〃
〃	〃　-web	結果参照	〃	〃	〃		〃	〃		セキュリティ・ユーザー設定
〃	〃　-PTH	病理	〃	〃	〃		〃	〃		画像参照・全文検索
〃	〃　-BCT	細菌	〃	オーダリング	〃	1～	〃	〃		簡易入力
〃	〃　-AiA	画像	〃	デジタルカメラ	〃	〃	〃	〃		画像編集・Web連携

〃	〃 -PRS	生理	〃	オーダリング	〃	〃	〃	〃		多様な予約条件に対応
小林記録紙	臨床検査システム SIMS	生化学,免疫学 血液学,尿一般	Pentium III	オンライン,キーボード,OMR等	任意	任意	～9,999	ディスク容量による	別途見積り	
	検査報告書紹介システム TRAS		〃	Webブラウザ	数十台		〃	〃	〃	Webサーバー：IIS イントラネット対応
シスメックス	臨床検査情報システム SISシリーズ	血液,凝固,尿一般	Pentium III 550 MHz以上	キーボード,マウス	別途ご相談	最大30台を想定	最大9,999	別途ご相談		CL/SV型
	POCTWebシステムソフトウェア	診察室,緊急検査室,ICU,手術室などのPOCT各検査	〃 800 MHz以上	〃	クライアント(オンライン初)数：4台	最大16台を想定	〃	〃		〃 ，Webシステム
〃	臨床検査情報システム MOLIS	血液,生化学,免疫,血清,免疫血清,免疫学的血清,一般	Pentium III 933 MHz以上	〃	最大100台	最大254台	〃	無制限(ディスク容量に依存)		〃
長瀬産業	感染症コントロールシステム		Widows NT	オンライン,キーボード	任意	任意		5年以上		
	SUN臨床検査総合システム		UNIX		1～	1～	制限なし	制限なし		
〃	イメージ入力システム It's(フォームキャッチャー)	依頼書受付システム	Windows		〃			〃		画像ハンドリングによるOCR,OMR機能の総合入力
日本ケミファ	Dia LAN	検査全般	Pentium	オンライン,FD,K/B	1～250	1～250	～9,999	3年以上	お問い合わせ下さい	
日本電子	臨床検査情報処理システム JCS-33L	〃	Windows 2000	OMR,OCR,バーコードオーダリング他	2～任意	100	9,999	100万受付	構成により異なる	迅速検査システム
ニューコン	臨床検査システム PC-Win/Net(LABO21)	生化，血液一般等		オンライン入力,OCR,OMR,手入力	1～	1～	～3000	3年～	500より	
	〃 PC-Win/Net(LABO21)Light	〃		〃	〃	〃	〃	〃	250より	
〃	人間ドック健診システム PC-Win/Net(HEALTH21)	生化，血液生理等		〃	〃	〃	～1000	〃	350より	
	輸血管理システム PC-Win/Net(BLOOD21)	血液		〃	〃	〃		〃	〃	
〃	輸血安全管理支援システム PC-Win/Net(SAFETY21)	〃		〃	〃	〃		〃	〃	
	Webドクター支援システム PC-Win/Net(DOCTOR21)	検査システムの照会			〃		～3000		〃	
〃	病理・細胞診システム PC-Win/Net(PATH/CYTO)	病理，細胞診		オンライン入力，手入力	〃			3年～	〃	
	細菌検査システム PC-Win/Net(BACT)	細菌，微生物		〃	〃	1～		〃	〃	
〃	医用画像情報管理システム PC-Win/Net(PACS)	画像		DICOM,ビデオ等	〃	〃		1年～	500より	
ノートウェア	Clinical ware CWx	画像DB含む		手入力,OMR，OCR	1台～Max50台	1台～Max50台	制限ナシ	12ヶ月	450～	
	細菌検査システム	細菌検査		〃	〃	〃	〃	〃		
〃	WebLink				無制限				380～	Webサーバーで検査データ提供（統計処理等）

バイエルメディカル	BAY-URINA システム	尿定性,定量,沈渣	ペンティアムIII 700 MHz	オンライン キー入力	MAX5台	2	70	約1年間HDD容量による	285～	
日立ハイテクノロジーズ	HILAS-1000	検査全般	PCサーバ	キーボード, OCR, MSR, 他	2～100	～100	9,999	制限なし		トータルシステム, Windows 2000
	〃 -500	〃	〃	〃	1～50	～20	〃	〃		小・中規模システム, Windows NT/95
〃	〃 -700	〃	〃	〃	1～4	～6	500/1000	〃		小・中規模システム, Windows 2000
	Labostream	〃	〃	〃	任意	任意	9,999	〃		Windows 2000
〃	Lavolute	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃
ビー・エム・エル	電子カルテシステム Medical Station							最長20年間		レセプトコンピューター一体型の電子カルテ, 例NTTデータとの提携により,「真正性の確保」を実現
フィンガルリンク	FL検体システム	簡易迅速検査システム	Pentunm Ⅳ	用手法, OMR他	1～3	1～5	9,999	ディスク容量による	仕様による	
	〃 健診システム	人間ドック健診システム	〃	〃	1～	1～	〃	〃	〃	
〃	〃 画像シリーズ	画像ファイリングシステム	〃	DICOM スキャナー他	〃	〃	〃	〃	〃	
	〃 健康レポート	生活習慣病予防ヘルスケアシステム	〃	タッチパネル他	〃	〃	〃	〃	〃	
〃	Fjwing type P	病理検査業務支援システム	Windows 2000	用手法, オーダリング	〃	〃	〃	〃	〃	
										富士テクノサプライ社製
富士テクノサプライ	臨床検査システム Fjwing Type-M	検体検査全般	Windows xp/2000	オーダリング, OMR, OCR, 用手法	1～	1～	～9,999	ディスク容量による	別途見積り	Win 2000, SQL クラスタシステム, スイングステージ
	生理検査システム 〃 -S	生理	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	Win 2000, SQL Web 報告
〃	病理検査システム 〃 -P	病理	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	Win 2000, SQL 画像管理報告
	細菌検査システム 〃 -B	細菌	〃	〃	〃	〃	〃	〃		検査業務システム
〃	輸血検査システム 〃 -Y	輸血	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃
山久化成	マインズ	生化学, 免疫学 血液学, 尿一般 その他	Pentium	オンライン キーボード FD, OMR	任意	任意		ディスク容量による		Windows 2000 操作性, 拡張性高機能

52. 検体前処理システム（Sample Processing System）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分野	システム構成	検体搬送方法	ラック種	処理能力	接続分析装置	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アイディエス	検体前処理搬送システム IDS-880/S1	生化学検査 血清・免疫検査	搬入, エラー搬出, 遠心機, 検協, 血餅検出, 分注, ラベル発行, 搬出, 各1台	1本搬送	1本ホルダー方式	親検体 280本/時	各メーカー約20種接続実績あり		レイアウトにより異なります		お問い合わせ下さい	・設置スペースに合わせ配置変更可能 ・再検, ストッカー各種ユニット組合せ可能
	〃 IDS-880/S2	〃	搬入, エラー搬出, 搬出1, 2, 遠心機, 2台分体, ラベル発行 2台	〃	〃	親検体 840本/時	〃		〃		〃	〃

〃	〃 IDS-880/C	凝固検査 血糖関連検査	搬入,エラー搬出,搬出 冷却遠心各1台	〃	〃	分析機の処理能力 に準じます	各メーカー約5種 接続実績あり		〃		〃	〃
	〃 IDS-880/U	尿検査	搬入,エラー搬出, 分注ラベル発行,搬出各1台	〃	〃	親検体 280 本/時	〃		〃		〃	・尿コップから尿スピッツへ分注可能
〃	〃 IDS-780/S	全般	搬入,搬出：2台	〃	〃	親検体 400 本/時			〃		〃	・設置スペースに合わせ配置変更可能 ・再検,ストッカー各種ユニット組合せ可能
	〃 IDS-780/C	〃	搬入,エラー,遠心機, 栓抜,搬出：2台	〃	〃	親検体 280 本/時			〃		〃	〃
〃	〃 IDS-780/A	〃	搬入,エラー,遠心機,栓抜,血餅検出,分注,ラベル発行,搬出：2台	〃	〃	〃			〃		〃	〃
	IDS-2000	生化 血清	搬入, 血餅検出, 栓抜, 分注, 搬出	〃	〃	100 本/時	各メーカー 可能		163×69×140		〃	コンパクトサイズ
〃	IDS-2000C	〃	搬入, 血餅検出, 栓抜, 分注, 搬出, 遠心	〃	〃	〃	〃		183×69×140		〃	〃
ア ロ カ	検体前処理分注装置 APS-3000 シリーズ	生化学,血清	分注, 他	ラック 搬送	アロカ10本 ラック,他	250 検体/h		約 2K	構成による	構成に よる	構成に よる	
	〃 LabFLEX250	〃	〃	〃	アロカ5本 ラック, 他	〃		750	約 148×78×143	450	〃	
エイアンドティー	CLINILOG Ver. 2	生化,血液,血清, 凝固,免疫	スタートストッカ,分注機,開栓機,接続ユニット,ターミナルストッカの組み合わせ	ラック 方式	日立5検体ラック,シスメックス10検体ラック	構成により 異なります	TBA 200FR, H7600, AIA 21, コアグレックス, エルジア Gen S, GA05U		ユニットにより 異なります	ユニットにより異なります	構成により 異なります	
オリンパス光学工業	OLA6000	生化学 免疫・血清	分注・仕分けバーコード貼付	ラック 搬送	10 本 ラック	1:3 分注時 280 検体/h	生化学 電気泳動他					
システムバイオティックス	TipPick300	コロニー, 菌採取	チップによる ピック		プレート	300コロニー/h		100/2	64×60×90	40	550	
シ ス メ ッ ク ス	HS トランスポーテーション システム HST-N シリーズ	血液検査	多項目自動血球分析装置・網赤血球測定装置・塗抹標本作製装置	ベルトライン方式	シスメックス製 10本ラック		XE-2100 R-3500 SP-100					
	凝固検査検体搬送システム CST シリーズ	凝固検査	全自動血液凝固測定装置	〃	〃		CA-6000 CA-5000					
〃	HS トランスポーテーション システム XE-Alpha N	血液検査	多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	〃	〃		XE-2100 SP-100					
	〃 SE-AlphaR	〃	多項目自動血球分析装置・網赤血球測定ユニット・塗抹標本作製装置	〃	〃		SE-9000/RAM-1 SP-100					
〃	〃 SF-Alpha	〃	・多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	〃	〃		SF-3000 SP-100					
	US トランスポーテーション システム US-Alpha IV	尿検査	・尿中有形成分分析装置・全自動尿分析装置	〃	〃		UF-100 AX-4280					
大 扇 産 業	自動開栓装置 APN シリーズ				各種	800～4500/h		100/15	100×70×110	200		ポンチ型打抜き方式のフィルム栓採血管専用
	〃 ARD シリーズ				〃	600/h		〃	70×70×110	150		ゴム栓採血管専用
テ ク ノ メ デ ィ カ	自動尿分取装置 UA・ROBO-600A	尿検査		ベルト コンベア		100/h		100/3	79×75×135	150	1,180	
	〃 UA・ROBO-600B	〃		ラック 方式		120/h	オプションで可	〃	79×106×135	160	980	
〃	一般検査前処理システム UA・LABELER-1	〃		〃		5 秒/本		〃	56×51×61	40	480	
	自動検体仕分け装置 SS-ROBO-800	径φ12～16.5 長さ75～100mm	6 種分け	ラック 方式	5本ラック 10本ラック	600 検体/h	特注で可能	100/10	170×90×150	400	4,500	採血後の検体を各検査内容に応じてラックに仕分けします.
東芝ラボメディカル	TPS-600	全分野(除く細菌,病理)	セル方式による システム構成	1本ホルダー方式	1 本ホルダー	システム構成により異なる	全分野分析装置 (除く,細菌,病理)					1本搬送方式によりリアルタイム性に優れる
	〃 -300	生化学,免疫	搬入,収納 接続ユニット	〃	〃	〃	生化学,免疫,他					コンパクト搬送

ニチリョー	NSS-1000 II	PCR前処理及び汎用分注	分注, 希釈, 他					150	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	
	NSP-7000 III	〃	〃					100	121×45×72	70	330	
日本電子	検体搬送システム JLA-701TS	生化学, 免疫	搬送	〃	5本ラック対応	最大300検体/時	生化学, 免疫他	100/40	〃	〃	〃	コンパクト検体搬送システム
日立ハイテクノロジーズ	検体前処理システム	生化学,免疫,血清,血漿,凝固,尿	・検体投入部・遠心分離モジュール・開栓モジュール ほか	ラックによるベルトコンベア搬送	日立5本ラック他	250~400検体/時構成,使用条件により異なる	日立7600シリーズ他	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		
メディカルジャパン	MSシリーズ	生化学, 血清, 血液, 他	分注,ラベラー,開栓,自動遠心器,振分け	ベルトライン方式	1本, 5本, 10本	構成内容により異なります	各メーカー接続実績あり		レイアウトにより異なります		問い合わせ下さい	各ユニットサイズの変更可能です
	分注システム MSシリーズ	生化学, 血清	分注, ラベラー	〃	1本, 5本	250検体/h	〃		構成により異なります		〃	コンパクトサイズ
〃	高速分注システム	〃	〃	〃	〃	1,200 〃	〃		〃		〃	〃
山久化成	検体小分装置 SasuGer200	生化学・免疫 血清・外注	親検体情報(バーコード対応)に基づき，自動的に指定本数だけ検体に小分けする。		親検体=5本ラック 小検体=各種ラックに対応	親検体150本/時		500	78×6573	80		
	〃 SasuGer180	生化学・免疫 血清・外注				〃		〃	64×65×70	60		
〃	HbA1c用検体希釈 PiaTreat200	HbA1c用	HbA1c用検体処理装置，ピアス式であって，遠心分離された採血管の底部から，血球(4.5~12 μL)を採取し希釈液を(450~1200 μL)添加した後，溶血混和を行い HbA1c用の検体を調製する全自動装置. 採血管は閉栓，開栓に対応，PiaTreat 200は閉栓のみ対応			600本/時		200	89.3×74×54	80		400検体同時架設
	〃 PiaTreat50α	〃				500本/時		150	47×47×64	60		
〃	〃 PiaTreat30	〃				150本/時		100	34×55×64	25		
	PiaTreat RLP-200	レムナントコレステロール	本装置はレムナントコントロール用の自動検体希釈装置で検体2μLも精度よく採取し，スチールボールも同時に装填し，1時間300検体を効率よく処理します			300検体/時			89.3×79×65	90		

53. オートラベラ・バーコードプリンタ（Auto Labeler & Barcord Printer）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	バーコード種	ラベルサイズ (mm)	消費電力 V/A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
小林記録紙	ラベルプリンタ KP-100				150 mm/秒	11種の他 2次元コード	標準 50×32	300	20×38×27	10		
	〃 KP-500				200 〃	12種の他 2次元コード	〃	500	25×38×27	11		
〃	〃 ip-50				150 〃	8種 2次元コード	標準 50×32 標準 50×32	150	20×23×18	3		
	〃 ip-100				〃	〃	〃	〃	〃	〃		
〃	バーコードラベラー VL-150				4秒/本	7種	〃	300	22×35×29	15		
	採血業務支援システム i・pres	100本以上 1管種/4管種/8管種	径φ11~17 長さ 75~110	専用トレイ	175人/時間	〃	〃	1,500	102×100×120 (type40S)	100		
サトー	レスプリシリーズ				ET400/ER400 2,3,4,5,6インチ/秒 ET410/ER410 2,3,4インチ/秒	UPC-A/E, EAN, JPNCode39, Code93, Code128, NW-7, カスタマバーコード, QR, PDF417, ベリーコード, Maxiコード	幅 25~115 長さ 15~397	380 (最大)	19.8×23×1.8	約3.0	16.8~23.8	
	M-48 Pro シリーズ				10インチ/秒 (最大)	JAN, CPC/EAN, NW-7, ITF他 2次元コード(PDF-417, QRコード他)	幅 22~125 長さ 6~397	190	26.4×43.5×33.5	18.5	58~	
システムバイオティックス	HTLabel		対応		50枚/分		10×30 12×24				4	インクジェットプリンターでラベル
	Barcode Label		〃		〃	14	10×60 12×24				7	インクジェットプリンターでバーコード

テクノメディカ	採血管準備システム BC・ROBO-585	2～20	最大 20	30	360 人分/時間	CODE128, CODE39 NW-7, 他	30×50 30×60 特注サイズ可	100/6	90×98×119 (2 ユニット式)	240 (2ユニット式)	950～	国内シェア 80% 豊富なオプション有り
	採血管準備装置 BC・ROBO-580	4	4	20	200 人分/時間	〃	〃	100/5	50×76×119	130	680	ホストコンピュータシステムがない施設でも稼動可能
〃	〃 BC・ROBO-mini	〃	〃		5 秒/本	〃	〃	〃	45×43×76	40	280～	ROBO-mini 20 〃 40
メディカルジャパン	ラベルプリンター MJP-01				約 7 行/秒	NW-7 ITF コード 39 他	最大 58×80φ		11×19×11	0.6		
	〃 MJP-02				100 mm/秒	〃	最大 80×83φ		15×19×16	1.4		
〃	MS シリーズ	約 250 本	75～100 mm 13～16φ	5～50 本ラック	約 450 本/h	〃	50×32		約 75×75×75	40		
山久化成	採血管ラベル貼り機 AutSuratt SP		直径＝12～16 長さ＝75～110	専用ラック (5 本立て)	1000 本/時	NW7 他	50×35	500	56×66×35	50		通常貼り, 重ね貼り連番貼り, ラック 10 モード, 親検体モード, 到着確認

54. 分注装置 (Dispenser)

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力 (検体/h)	バーコード種	分注量 (μL)	チャンネル数	消費電力 V/A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アロカ	ランダムアクセスワークステーション APS-790				条件により異なる		10～1000, 仕様により異なる		1.5K	約 172×105×171 (本体のみ)	約 500 (本体のみ)	2,500	ラックバーコード対応
	卓上型自動分注装置 LabFLEX900				〃		〃		400	約 86×78×70	約 90	機械による	ハンディリーダー (オプション)
アンペール	TPS-384/96	384/96	ディスポーサブル				0.5～250	384/96	100/1	61×61×56	12	685～	
	〃 -24	8～24	〃				〃	8/12/16/24	〃	〃	11		
コスモテック	HTStation 500 II						0.5～210	384/96/12/8	100	147×85×85	130		プレート, チップラックスタッカー付 1536, プレート対応
	〃 1200						0.5～300	384/96	150	100×60×65.5	85		スタッカー付 1536 プレート対応
〃	〃 800						〃	〃	〃	66.5×85.5×73	100		1536 プレート対応
	〃 500						〃	〃	〃	50×61.8×57.9	50		PC 対応, 1536 プレート対応
〃	BISTEQUE 203 II						1～210	12/8	100	73.4×45.7×33.4	30		チップ式 384 プレート対応
	ピッキング装置						0.5～30	1	〃				バーコードリーダー管理
〃	HTStation 102						1～300	16	〃	40×28×26.5	9		
	Singel Station 107						0.5～300	1	〃		60		多様多様な容器対応
〃	HTSealer 2100								〃	65×76×77.5	50		粘着式
	CELTEQUE 802						10～999	16/8	〃	40×28×26.5	9		フレキシブルなソフトウェア
〃	HTStation 100						5～2,000	8	100	36×27×217	9		ノズル式, チューブセット, 交換式

システムバイオティックス	PlatePrep 400	200		12			～240	12	100/3	80×70×50	70	550	
セントラル科学貿易	Multidrop384 stacker				160プレート/h		5～395	8	80	74×46×61	32	480	小型,滅菌オートクレーブ可 スタッカー(20,30,60枚)バルク分注
大扇産業	自動分注装置 LTA-III				250		50～2,000	1	1.5K	129×100×132	350		
ニチリョー	ニチメイトステッパー						1～5,000	1				3.3	
	マイティーペッター						10μL～25mL	〃	50	13×29.6×17	5	25～35	低価格簡易分注器
バイオテック	マルチディスペンサー EDR-384			マイクロプレート40枚	マイクロプレート1枚約13秒		0.5～300	96,384			60	600～	96CH,384CH 対応 PC ソフト
	〃 EDR-96S/384S				マイクロプレート1枚約5秒		〃				30	280～	〃
〃	DNA 分注装置 MODEL-5000						1～20	1,8		78×52×57		650～	分注確認センサー
	シングルラインディスペンサー mini-Gene LD-01						5～2,000	8.16		36×38×27.5	15	125～	1536well plate対応
〃	マルチステージディスペンスステーション ADS-384-8						0.1～300	96,384		71×71×93.5	140	1000～	0.1μL 超微量分注 1536 well plate 対応
	テーブルトップディスペンサー EDR-384 S II						〃	〃		42×45×54	50	300～	〃
三菱化学ヤトロン	電動分注システム 5222						0.5～50,000	1又は8	20			28	ドイツ・エッペンドルフ社製
メディカルジャパン	MS シリーズ		75～100 mm 13～16φ	各種	1：1分注 約330 検体/h	NW-7ITF コード39 他	10～1,000			約 90×75×120 (本体のみ)	60		ユニットサイズ変更可能です
	高速分注システム		〃	〃	1：1分注 1,200 検体/h	〃	〃			約150×120×120 (本体のみ)	150		〃

55. 遠心分離器 (Centrifugal Apparatus)

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	回転数 r.p.m.	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
久保田商事	ハイキャンパシティ冷却遠心機 モデル8850	130	15			5.000	100/30	59×66×92	150	130	大型チューブラック方式の多本架遠心機
	インバータ・多本架冷却遠心機 モデル8920	96	〃			8.500	200/15	56×70×84	115	92	〃
〃	〃 ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル5910	68	〃			〃	100/15	50×65×85	110	72	
	〃 ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル5930	80	〃			〃	〃	〃	〃	88	
〃	テーブルトップ・多本架遠心機 モデル8410	〃	〃			6,000	〃	53×63×37	60	56	
	〃 ・多本架遠心機 モデル5420	68	〃			〃	〃	43×55×36	47	38.5	静かなブラシレスモータをインバータ駆動
〃	テーブルトップ遠心機 モデル5220	〃	〃			5.000	100/10	44×52×35	48	29.8	エコノミータイプの卓上遠心機がディジタル表示になりました
	卓上型遠心機 モデル2420	24	〃			4.000	100/5	35×42×32	24	16.5	スイングローターが使える小型卓上型の遠心機

シスメックス	冷却遠心機 SRC-500	80		シスメックス製ラック		5.000	100/30	59×66×92	15		
セントラル科学貿易	Hemata STAT II	6	毛細管			6.000	100/1	18×13×12	0.6	29.8	1分間，ヘマトクリットリーダー装備
	STAT 60	〃	2, 3, 5, 7, 10 mL			7,200	100/1.25	26×38×17.5	9	36.5	2分間，採血管不問，PRP 30 秒分離
三菱化学ヤトロン	ミニスピン	12				800～13,400	70	22.5×24×12	4.3	10.5	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 プラス	〃				800～14,500	85	〃	〃	14	〃
〃	遠心機 5415D	24～36				800～13,200	180	23×31×23	8.5	21	〃
	冷却遠心機 5415R	〃				〃	300	25×45×29	21.2	42	〃
〃	遠心機 5417	8～48				500～16,500	400	32×43×23	17	24.8	〃
	冷却遠心機 5417R	〃				〃	700	31×60×25	35	55	〃
〃	遠心機 5804	4～60				14,000	750	47×55×34	55	49	〃
	冷却遠心機 5804R	〃				〃	1,350	63×50×34	80	75	〃
〃	遠心機 5702	4～30				100～4,400	200	32×40×24	20	19.5	〃
	冷却遠心機 5702 R	〃				〃	380	38×58×26	36	43.0	〃
メディカルジャパン	MS シリーズ	40 本または 80 本	75～100 mm 13～16φ	5 本ラック	約 320 本/h 約 600 〃	最大 3,200 〃 2,800	200/20	約 75×95×90	120		

その他の臨床検査機器

56. マイクロピペット（Micropipette）

会社名	商品名 型式名	分注容量	方式	精度	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	固定・可変	%	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アズウェル	フィンピペットデジタルN		可変					2.75～3.8	
	〃 固定型		固定					1.8～2.5	
セントラル科学貿易	自動ピペット DIGIFLEX	2～2,000		±1%	150	17×26×40	12	165～	アベルケンダール前処理に最適
ニチリョー	ハイブリッドピペット Nichipet HB	20～1,000	可変					5.5	電動，マニュアル両機能を兼備
	オートクレーバブル Nichipet EX	0.1～10,000	〃					2.5～3.5	オートクレーブ，UV照射可能
〃	〃 Nichipet 7000	0.5～300	〃					7.5～9.8	8，12チャンネルピペット
三菱化学ヤトロン	エッペンドルフピペット リサーチV	0.1～10,000	可変					2.8～3.1	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 リサーチM	0.5～10，10～100，30～300	〃					4.4～8.6	〃 (8及び12チャンネルピペット)
〃	〃 リファレンス4910	0.1～2,500	〃					2.9～3.2	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 マルチペットプラス4981	1～10,000	〃					3.9	〃 (連続分注ピペット)
〃	〃 マルチペットプロ4985	1～50,000	〃					9.5	〃 (電動，連続分注ピペット)
	〃 リサーチプロシングル	0.5～5,000	〃					5.8	〃 (電動ピペット)
〃	〃 リサーチプロマルチ	0.5～1,200	〃					10.2～12.2	〃 (電動マルチチャンネルピペット)

57. 希釈装置（Diluter）

会社名	商品名 型式名	チャンネル数	希釈方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
三光純薬	ピペットステーション SGR-300	12	ピペット	150	80×60×65	92	480	分注・希釈の連続処理
	〃 SGR-230	〃	〃	75	59×40×51	40	180	分注・希釈
ニチリョー	マイリューターIII	1	ノズル式 チップ式	150	17.5×24×35	7.5	48	コンパクト設計
	NSP-7000 III	8 or 12	チップ式	100	121×45×72	70	330	液面感知センサ付き
バイオテック	ハルクスオート	8, 10, 12	チップ式	700	88×68×65	100	750～	連続処理型，オートサンプリング
	〃 -1	8, 10	〃	80	42×33×32	25	168	分注も可能

58. 洗浄器（Washer）

会社名	商品名 型式名	分注容量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
三光純薬	マイウォッシャーオートII	100～300		200	48×42×34	21	250	マイクロプレート洗浄
セントラル科学貿易	M384 Atlas Washer/タイタンスタッカー	50～3,000	126プレート/h		74×56×61	37	580	精密コントロールにより様々なプレートに対応，最小限の残液量，スタッカー付フルオート
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	ノバパス1575マイクロプレートウォッシャー	0～10 μL毎に制御	プログラムによる	100	33×53×20	9.6	88	クロスワイズ機能搭載
バイオテック	オートミニウォッシャー AMW-2	0～1,000	1,000	30	27×45×15	8	75	マイクロプレート 8,12
	〃 AMW-24	〃	2,500	〃	〃	〃	87	〃 16,24
〃	セラウォッシャー MW-96R	0～2,000	3,000	80	30×40×18	14	125	
	〃 AMW-96F	〃	〃	〃	25×45×18	11	78	低価格タイプ
〃	AMW-96S II	〃	5,000	85	53×39×20	30	260	全自動型
	セラウォッシャー AMW-192	50～500	〃	100	55×55×40	35	375	
〃	ビーズウォッシャー BW-20A	0～10,000	2,000	70	20×30×30	10	87.5	ビーズ洗浄用
	〃 BW-25A	〃	〃	〃	〃	11	92.5	〃
〃	チューブウォッシャー TW-50N	500～10,000	3,000	600	30×37×44	20	150	ビーズ・チューブ洗浄用

59. 振盪装置（Shaker）

会社名	商品名 型式名	同時セット数	しんとう回数	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体数	回/数	V/A	W×D×H（cm）	kg	万円	
三光純薬	マイクロミキサー MX-5	4枚	可変	30	28×21.5×11	5	9.8	マイクロプレート 96・120穴

60. 恒温槽（Incubater）

会社名	商品名 型式名	温度精度	調整の方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		℃		V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
バイオテック	プレートインキュベーター HBI-24	±0.75	デジタル	700	51×50.5×37.5	30	135	マイクロプレート24枚セット可能

61. 純水自動製造装置（Instrument for Deionaizer）

会社名	商品名 型式名	採取容量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		L/h	V/A	W×D×H（cm）	kg	万円	
オルガノ	ピュアライト PRO-0100	100	840	40×50×130	130	110	オプションの品揃え
	Gシリーズ	30～4,000	5	H 53～188	5～390	3.5～100	蛇口に接続可能

62. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイディエス	分注チップ整列装置 AT-4000	洗浄したディスポチップを，ラックに1本づつ並べる装置				お問い合わせ下さい	現在ご使用のラックにセットすることも可能ですので，お問い合わせ下さい
	サンプルチューブ整列装置 ATF-30	洗浄したサンプルチューブを，ラックに1本づつ並べる装置				〃	〃
〃	採血管ナンバリング装置 SNS-500	採血管のバーコードを読み取り，必要な情報を直接採血管に印字し仕分け搬出する装置		120×80×135		〃	数字以外にも，記号，漢字等が印字可能です
	検体自走車	搬送ラインの問題点である動線妨害を解決した．人の動線を確保できる搬送装置				〃	
オムコ医研	SM-8000 はだし健山	リハビリ用マッサージ機	100/0.25	43×15×34	3.7	11.9	
システムバイオティック	HTSheet	マイクロプレートのシールや保存に耐熱シートやアルミシートも用意				0.3～1.6 /100枚	
セントラル科学貿易	ディスポ製品	高品質ディスポ製品をリーズナブルな価格で提供．（ピペットチップ，テストチューブ，スポイト，白金耳）					
第一器業	CO_2レーザマーカ ML-9100	スライドガラス上のインクを吹きとばすことによってバーコードを作製．消えない染色されないバーコードをハイスピードで作製できます．	450	70×20×20	15	450	メンテナンスフリーレーザー
	[CRYSTAL 1] バーコード・レーザープリンティングシステム	連番コードの高速印字	〃	45×20×44	20	300	ガラス供給装置
大扇産業	自動検体シーラー ATS-100	分注済みの親検体や子検体の保管（蒸発防止，転倒対策等）の為に特殊ラミネートテープを用いて，ラック毎に自動でシーリングする装置でシール後，1本毎にカットする機能を付加できます．	100/10	50×100×70.5	70		

テクノメディカ	PIS 患者認識システム	PIS は「患者さんの取り違い」による医療過誤の防止を主眼とした患者認識システムです．バーコード化された患者特定情報を PIS 携帯端末を利用して患者とオーダー内容を処置前に照合確認することで，確実かつ正確な医療業務の遂行を支援します．患者基本情報表示をはじめ，投薬確認，輸血確認，手術予定確認，検査予定確認，投薬材料準備確認など病院内のあらゆる部署での確認作業と記録が可能です．					各施設に合わせたシステム構築が可能です．
ニップンテクノクラスタ	イムノクロマト法によるテストストリップ研究/開発・製造システム	急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究/開発から製造ラインまで，個々のモジュールを組合せることにより，トータルシステムとして供給できる専門メーカーです．					米国・BioDot 社製
日本ポール	血漿分離膜	全血を膜の水平方向と垂直方向血漿を分離します．					
	イムノアッセイ	高い比表面積を持ち，抗原，抗体その他のタンパクを固定できます．					
〃	コンジュゲート塗布	金コロイドや着色ラテックスなどの微粒子を安定に流出できます．					
	プレフィルトレーション	低タンパク吸着材質で検体の組成を維持しながら粒子を除去します．					
〃	マイクロアレイスライド	ガラスアレイスライドに比べ高感度，低バックグランド，低非特異反応等の特徴を持つメンブレンアレイスライド．					
	96穴フィルタープレイト	High Throughput スクリーニング用膜プレート，多検体同時精密ろ過					
日本ミリポア	Hi-Flow Plus メンブレン	イムノクロマトグラフィー法による検査薬用に開発されたメンブレンフィルターです．高いタンパク結合量と優れた再現性を持ち，アッセイ効果が得られます．					
	Hi-Flow 用グラスファイバー Conjugate-Pad	サンプルと検出試薬の確実な結合を可能にさせる Hi-Flow メンブレン専用 PVA バインダーグラスファイバーフィルターです．					
〃	Hi-Flow Plus アッセンブリーキット	どのフローレイトがお客様のアッセイに最適であるかを明確にできるキットです．ラテラルフローアッセイ開発に必要な固相材料が含まれています．					
	医療用用具メンブレンフィルター	様々な医療用具アプリケーションに対応できる OEM 製品としての超疎水性メンブレン及び親水・疎水両用メンブレン等です．					
バイエルメディカル	マイクロレット	二度刺防止機能，穿刺の深さは 5 段階に調節可能．		32×85×20	0.18		
	マイクロレットチョイス	減圧器と採血器一体型．上腕，前腕部等の部位用			0.27		
〃	ピンレッター	キャップ，採血針一体型（ディスポタイプ）			0.1		
ユニフレックス	メカトロペット	手軽に使えるメカトロペットは個人偏差のない正確なピペッティングを実現します．					
ワットマンジャパン	イムノポア Immunopore™	あらかじめブロッキング処理がしてあるのでそのままの状態で長期間の保存が可能であり，容易に迅速に診断薬開発を行うことのできるニトロセルロースメンブレン					
	ピュラバインド PuraBind™	デバイスメーカーで独自の後処理を施すことができるニトロセルロースメンブレン					
〃	F075 シリーズ	リリースの量と速度を自在に調整でき，至適条件作りが可能なコンジュゲートパッド					
	Rapid Q	コーティング処理済みの使い易いコンジュゲートパッド					
〃	血球分離フィルター	分離モード別フィルター					
	サンプル採取保存紙	一定量の血液等のサンプルを採取保存					
〃	吸水紙	コットンセルロース性の均一なフィルターです．目的に合った吸水量・速度の素材を選べます．					
	医療デバイス用フィルター	医療デバイスに組み込む空気抜き用フィルター					
〃	サイクロポア	薬剤のスローリリースやバイオセンサー用メンブレン					
	アノポア	マイクロアレイ・DNA チップ用のセラミックフィルター					

〃	FTA カード	カード上で DNA の分離・抽出，室温での保存・輸送が可能.					
	クローンセーバー	カード上で BAC/プラスミド DNA を簡単に分離・固定し，室温での保存が可能.					

体外診断用医薬品

生化学（1）

会社名 / 項目名	アズウェル	エイアンドティー	栄研化学	エム・シー・メディカル	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	カイノス	協和メデックス	三光純薬	シスメックス	常光
AST(ALT)	JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠	Rate Assay (JSCC)	UV・レート法	JSCC 標準化対応法，他1	JSCC 標準化対応法	JSCC 準処液状試薬	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法，他2	
ALP	〃	P-ニトロフェニルリン酸基質法	〃	P-ニトロフェニルリン酸基質法	IFCC 法準処	〃	P-ニトロフェニルリン酸基質法 液状試薬 他1	〃	〃 ， 〃	
ACP					α-ナフチルリン酸法					
ALD	UV・酵素法									
AMY	GAL-G5-4NP法	Gal-G5-PNP法	Gal-G5-PNP基質法	ガラクトース G4CNP法	色素アミロペクチン法	G3-CNP法	Gal G2-CNP法(液状)，他1	Gal-G2・CNP	Gal-G5-PNP法，他2	
GUA							キサンチンオキシダーゼ法			
γ-GTP	JSCC 標準化対応法		Rate Assay (JSCC)	γGPNA 基質法	IFCC 法準処	JSCC 標準化対応法，他1	JSCC 準拠液状試薬，他1	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法，	
CK	〃		JSCC 標準化対応法	クレアチンリン酸基質法	〃	〃	JSCC 準拠液状試薬	〃	〃 ，他1	
CHE	ヨウ化ブチリルチオコリン法		Garry 変法	酵素法	チオコリン法/ヨウ化ブチリルチオコリン法	p-HBC 基質法	P-ヒドロキシベンゾイルコリン法 液状試薬 他2	DHBC-UV 法	DMBT 法	
LDH	JSCC 標準化対応法	ピルビン酸基質法	JSCC 標準化対応法	UV・レート法	P→L UV 法	JSCC 標準化対応法，他1	JSCC 準拠液状試薬	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法，他1	
PK							酵素法			
MAO							アリルアミン基質法			
LCAT	酵素法									
3-HB						酵素サイクリング法				
TKB						〃				
リパーゼ	カラーレイト合成基質法					カラーレート法	液状試薬			
LAP			L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法	L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法		L-ロイシン・PNA基質法，他2	LSPA 基質法	GSCC 準拠試薬	PNA 法，他2	
ALP アイソザイム										電気泳動による分画
AMY アイソザイム	免疫阻害法							免疫阻害法	阻害抗体法，他1	
CK アイソザイム	〃				免疫阻害法			〃	〃	電気泳動による分画
LDH アイソザイム	ジアホラーゼ・NTB法								プロテアーゼ阻害法	〃
TP	ビウレット法		ビューレット法	ビウレット法	ビューレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビューレット法	ビウレット法，他1	
Alb	BCG 法		BCG 法	BCG 法	BCG 法	BCP 法	BCG 法	BCG 法	BCG 法	
UN	酵素法	酵素法	ウレアーゼ・GLDH 法	酵素法	ウレアーゼ・アンモニア指示薬法	ウレアーゼUV法 アンモニア消去法	ウレアーゼ・LEUDH・NADH 法液状試薬 他2	ウレアーゼ・GLDH 法，他1	Urease-GL-DH 法	
UA	〃	〃	ウリカーゼ・TOOS 法	〃	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法液状試薬，他1	ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法	ウリカラーゼ・ペルオキシダーゼ法	
CRE	〃	〃	酵素法	〃	酵素法	酵素法	ザルコシンオキシダーゼ法液状試薬，他2	酵素法，他1	酵素法，他1	

CR						〃				
NH_3					アンモニア指示薬法		GLDH・UV 法			
T-Bil	酵素法		安定化ジアジニウム塩法	ジアゾ法	ジアゾ法	酵素法		安定化ジアゾニウム塩法	酵素法，他 1	
D-Bil	〃					〃		〃	〃	
TG	〃	酵素法	遊離グリセロール消去法	酵素法	酵素法	酵素法(グリセロール消去法)	LPL・GK・GPO・POD 法液状試薬，他 2	FG 消去酵素法	HK - UV 法，他 1	
PL	〃		酵素法			酵素比色法	PLD・CLOD-POD 法液状試薬，他 1		PLD-POD 法	
NEFA	〃		〃				ACS - ACO - POD 法		ACS - ACOP - SLEP 法	
T-CHO	〃	酵素法	コレステロールオキシダーゼ法	酵素法	COE・COD・POD 色素法	コレステロール酸化酵素比色法	CHER・CHOD・POD 法液状試薬，他 1	コレステロールオキシダーゼ法	CDH - UV 法，他 1	
F-CHO	〃					酵素法	CHOD・POD 法液状試薬		CDH-UV 法	
HDL						非沈殿操作法				
HDL-CHO			選択阻害法		デキストラン硫酸-Mg 沈殿法		直接法，他 1		CDH - UV 法，他 1	
LDL						非沈殿操作法				
LDL-CHO			直接法				直接法		選択酵素阻害法	
胆汁酸及び分画										
TBA						酵素サイクリング法			3 α-HSD テトラ法	
Glu		GOD 固定化酵素膜電極法	ヘキソキナーゼ G 6 PD 法	HK G 6 PDH 法	GOD・POD 色素法	ヘキソキナーゼ UV 法	グリコキナーゼ・Glu-6-PDH・NADP 法(液状)	ヘキソキナーゼ・UV，他 1	HK 法，他 2	
1,5 AG						酵素法	AG6P - DH, DIP (ホルマザン)液状			
U-GL						ブドウ糖脱水素酵素法				
HbA_{1c}							ラテックス凝集法		免疫比濁法	
GA							酵素法			
シアル酸				酵素法		カラーエンド法	比色法		UV 法	
乳酸					乳酸酸化酵素 POD 色素法		〃			
ピルビン酸							〃			
Na		イオン選択電極法			ISE 直接法				電極法	
K		〃			〃				〃	
Cl		〃			〃				〃	
HCO_3					酵素法					
Ca	OCPC法		OCPC 法	OCPC 法	アルセナゾIII 色素法	OCPC 法		OCPC 法	OCPC 法	
Mg	マグノレッド法				色素法	酵素法	GK - GGPDH・UV 法		酵素法	

IP	モリブデン酸直接法		SP-UV 法	酵素法	リンモリブデン酸比色法	〃	PNP・XOD・POD 法(液状)	SP-UV 法	〃	
Fe			Nitroso-PSAP 法		アゾピリジン色素法	ニトロソ-PSAP 法	ニトロソ PSAP 法（液状）		フェレン法	
TIBC			〃		カラム処理比色法					
UIBC			〃			ニトロソ-PSAP 法	ニトロソ PSAP 法（液状）		フェレン法	
NAG			MPT-NAG 基質法				酵素法	MPT-NAG 基質法		
尿中微量アルブミン			免疫比濁法			免疫比濁法			免疫比濁法	

生化学（2）

会社名 / 項目名	第一化学薬品	ダコ・サイトメーション	デイドベーリング	デンカ生研	東芝ラボメディカル	東ソー	ニットーボーメディカル	ニプロ	日本抗体研究所	バイエルメディカル
AST（ALT）	JSCC 勧告法準拠		IFCC 法 / JSCC 法準拠	JSCC 標準化対応試薬	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応試薬	JSCC 標準化対応試薬		IFCC 標準化対応法
ALP	〃		Boners-Mccomb 法 IFCC 法/JSCC 法準拠	〃	〃		〃	Kind-King 改良法		〃
ACP			TMP 基質法				DCAP-P 基質法			
ADA				UV-Rate 法			UV-Rate 法	キサンチンオキシダーゼ酵素法		
ALD	酵素法									
AMY	6-N3G5CNP 基質法		G3CNP 法	Et-G7pNP 法	合成基質法		ガラクトシル-G5-PNP 法	Gal-G2-CNP 法		G3-CNP 法
γ-GTP	γ-グルタミル CNA 基質法		IFCC 法準拠	IFCC 標準化対応試薬	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法		IFCC 標準化対応法
CK	JSCC 勧告法準拠		Oliver-Rosalki 変法/JSCC 法準拠	JSCC 標準化対応試薬	〃		〃	IFCC 法		〃
CHE	3,4-ジヒドロキシベンゾイルコリン基質法		チオコリン法/ヨウ化メチルチオコリン	DTNB 法	合成基質法		3,4-ジヒドロキシベンゾイルコリン基質法	ベンゾイルコリン基質法		プロピオニルチオコリン基質法
LDH	JSCC 勧告法準拠		wacker 変法/JSCC 法準拠	JSCC 標準化対応試薬	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法		L→P UV 法
LCAT	真鍋・板倉法									
LAP	L-ロイシル CPA 基質法		PNA 基質法		合成基質法			GSCC 法		
AMY アイソザイム		酵素法								
CK アイソザイム		EIA 法 CK-MB	免疫阻害法/ELISA 法(CKMB)/EIA(マス CKMB)			EIA 法 CK-MB	免疫阻害法 CK-MB			
CK アイソホーム										
TP	ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法
Alb	BCG 法		BCP 法	BCG 法	BCG 法/BCP 法		BCG 法	BCG 法		BCG 法
UN	UV・レート法		ウレアーゼ・GLDH 法	Urease-GLDH アンモニア消去法	ウレアーゼ・GLDH 法		ウレアーゼ・GLDH 法	ウレア LeuDH 法（ダブルカイネティック法）		GLDH 法
UA	酵素法		ウレアーゼ・UV 法	酵素法	ウリカーゼ・POD 法		ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ POD 法		ウリカーゼ POD 法

CRE	〃		ヤツフェ・レート法/酵素法	〃	酵素法		酵素法	酵素法		Jaffe 法
NH_3			GLDH・UV 法		〃		UV 法			
T-Bil	アゾビリルビン法		Jendrassik 法/バナジン酸法	Jendrassik 法	亜硝酸酸化法		亜硝酸酸化法	安定化ジアゾニウム法		ジアゾ法
TG	酵素法		酵素法	酵素法	酵素法		酵素法（フリーグリセロール消去法）	LPL-GK-GPO-POD 酵素法		酵素比色法
PL	〃		〃	〃	〃			フォスフォリパーゼ D 酵素法		酵素法
NEFA	〃									
T-CHO	〃		酵素法	酵素法	酵素法		酵素法（POD 法）	COE-COD-POD 法		酵素法
HDL-CHO	直接法		直接法	直接法	直接法		直接法			デキストラン硫酸 Mg 沈澱法
LDL-CHO	酵素的測定法		〃	〃	〃		〃			
RLP-C									免疫吸着法，酵素法	
胆汁酸及び分画	酵素サイクリング法									
Glu	ヘキソキナーゼ法		HK 法	HK-G 6 PDH 法	HK-G-6-PDH 法		ヘキソキナーゼ UV 法	ヘキソキナーゼ法		ヘキソキナーゼ法
HbA_{1c}	ラテックス凝集法	原料用抗体	免疫学的方法	ラテックス免疫凝集法		HPLC 法				
シアル酸								酵素 UV 法		
乳酸			酵素法				酵素法			
Na			イオン選択性電極法		イオン選択電極法			電極法		電極法
K			〃		〃			〃		〃
Cl			〃		〃			〃		〃 ，他 1
Ca	OCPC 法		OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法		OCPC 法	アルセナゾ III 法		OCPC 法
Mg	キシリジルブルー法		メチルチモールブルー法	酵素法	酵素法		酵素法			キシリジルブルー法
IP	フィスケ・サバロー変法		モリブデン酸・UV 法/酵素法	〃	〃		〃	酵素法		モリブデン酸 UV 法
Fe	フェロジン発色法		Ferene 法		ニトロソ-PSAP 法		ニトロソ-PSAP 法			直接比色法
TIBC			〃							
UIBC	フェロジン発色法				ニトロソ-PSAP 法		ニトロソ-PSAP 法			
NAG					合成基質法		MPT-NAG 基質法	FNP レート法		
hCG		免疫比濁用，EIA 用原料	EIA 法			EIA 法				
尿中微量アルブミン		〃	NIA 法，TIA 法	免疫比濁法			免疫比濁法	免疫比濁法		免疫比濁法
尿中マイクロトランスフェリン							免疫比濁法（LA 法）			

生化学（3）

項目名＼会社名	三菱化学ヤトロン	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業						
AST（ALT）	UV・レート法，他2	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応						
ALP	p-ニトロフェニルリン酸基質法，他1	〃	〃						
ACP	Kind-King法	1ナフチルリン酸法	CNP基質法						
ALD		UV・酵素法	UVレート法						
AMY	B-G5-β-CNP法，他3	IFCC準拠法	BG5P基質法						
γ-GTP	γ-グルタミル-p-ニトロアニリド，他1	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応						
CK	UV・レート法，他2	〃	〃						
CHE	BTC-DTNB法，他3	ベンゾイルコリン基質法	5メチル2ラノイルーチオコリン基質法，他1						
LDH	UV-レート法，他1	JSCC標準化対応法/SFBC勧告法	JSCC標準化対応，他1						
LAP			4NA						
AMYアイソザイム		免疫阻害法P-AMY	免疫阻害法P-AMY						
CKアイソザイム	免疫阻害法	〃 CK-MB	〃 CK-MB						
CKアイソホーム	〃								
TP	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法						
Alb	BCG法	BCG法	BCG法，新BCP法						
UN	ウレアーゼ・UV法，他1	酵素法	アンモニア消去法，他1						
UA	酵素法	〃	ウレカーゼ・POD法						
CRE	〃	〃 /Jaffe法	酵素法，他1						
NH_3		GLDH法							
T-Bil	酵素法	ジアゾ法	バナジン酸法，他1						
TG	GPO酵素法	酵素法	グリセリン消去法，他1						
PL	酵素法	〃	酵素法						
NEFA	酵素・UV法	〃	〃						
T-CHO	酵素法	〃	〃						
HDL-CHO		化学修飾酵素法	免疫阻害法						
LDL-CHO		選択的可溶化法	選択保護法						

胆汁酸及び分画	酵素比色法		酵素法							
Glu	GlcK (UV・エンドポイント法)	酵素法 (HK/G6P-DH法)	ヘキソキソーゼ・UV法							
フルクトサミン		NBT法	酵素法							
HbA_{1c}		ラテックス免疫法，他1	免疫阻害比濁法							
シアル酸			酵素法							
Na		電極法	イオン選択電極法							
K		〃	〃							
Cl		〃	〃							
Ca	OCPC法	OCPC法	MXB法，他1							
Mg	GlcK・G-6-PDH法	キシリジルブルー法	酵素法，他1							
IP	酵素法	モリブデン酸UV法	〃 ，他1							
Fe	NPS法	フェロジン法，他1	バソフェナントロリン法							
UIBC	〃	〃	〃							
NAG		合成基質法	4HP-NAG基質法							
hCG	ラテックス免疫比濁法，他2	電気化学発光法								
尿中微量アルブミン	免疫比濁法，他1	免疫比濁法	免疫比濁法							

免疫血清（1）

項目名＼会社名	アズウェル	アボット ジャパン	医学生物学研究所	エイアンドティー	栄研化学	エム・シー・メディカル	大塚製薬	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	カイノス	協和メデックス
CRP	免疫比濁法			LIA 法	LIA 法	免疫比濁法			ラテックス免疫比濁法，他 1	ラテックス凝集積分球濁度法
ASO				〃	〃	〃			〃	〃
RF			ラテックス凝集法，ELISA 法	〃	〃	〃			〃	〃
IgG				〃	〃	〃			免疫比濁法	〃
IgA				〃	〃	〃			〃	〃
IgM				〃	〃	〃			〃	〃
IgE		MEIA 法		〃	〃				EIA 法	〃，他 1
C_3，C_4				〃	〃	免疫比濁法			免疫比濁法	〃
β-Lipo	ヘパリン-Ca 法				TIA 法				〃	
LP(a)				LIA 法	免疫比濁法					
Apo A-I					〃				免疫比濁法	
Apo A-II					〃				〃	
Apo B					〃				〃	
Apo C-II					〃				〃	
Apo C-III					〃				〃	
Apo E					〃				〃	
AFP	金コロイド比色法	MEIA 法 CLIA 法		LIA 法	LIA 法			CLEIA 法	EIA 法	化学発光イムノアッセイ法，他 1
CEA		〃			〃			〃	〃	〃
NSE					RIA 法					
フェリチン		MEIA 法 CLIA 法		LIA 法	LIA 法			CLEIA 法	EIA 法	化学発光イムノアッセイ法
エラスターゼ 1		RIA 法			〃					
β_2M		MEIA 法		LIA 法	〃				EIA 法	ラテックス凝集積分球濁度法
PAP		〃			EIA 法					
PA		〃			〃					
PSA	ELISA 法	MEIA 法 CLIA 法						CLEIA 法	EIA 法，他 1	化学発光イムノアッセイ法
F-PSA		〃								
ペプシノゲン I	ELISA 法	CLIA 法							EIA 法，他 1	EIA プレート法

ペプシノゲンII	〃	〃							〃	〃
CA 19-9		MEIA 法 CLIA 法		EIA 法	EIA 法				EIA 法	化学発光イムノアッセイ法
CA 125		MEIA 法		〃	〃					〃
CA 15-3		〃								〃
CA 50									EIA 法	
梅毒反応		イムノクロマト法		LIA 法					ラテックス免疫比濁法, 他 1	
クラミジア (Ab・Ag)		MEIA 法							ELISA 法	ELISA 法 (Ag)
HA(AD)		〃								
HBs(Ag・Ab)	ELISA 法	〃 CLIA 法			CLEIA 法			CLEIA 法		ラテックス凝集積分球濁度法
HBe(Ag・Ab)		MEIA 法						〃		
HBcAb		〃 CLIA 法						〃		
HBcIgMAb								〃		
HAVIgMAb								〃		
HCV(Ab)	ELISA 法	MEIA 法, CLIA 法 PHA 法						〃 IRMA 法, 他 4		
HIV(Ab)		〃 イムノクロマト法						〃		
インスリン		MEIA 法			RIA 法				EIA 法	化学発光イムノアッセイ法
T_3, T_4		MEIA 法 CLIA 法			〃			CLEIA 法	〃	〃
FT_3, FT_4		〃			〃			〃	〃	〃
T_3U								〃		
コルチゾール					RIA 法			〃	EIA 法	化学発光イムノアッセイ法
TSH		MEIA 法 CLI 法			〃			〃	〃	〃
LH	EIA 法	〃			〃			〃	〃	〃
プロラクチン	〃	〃						〃		〃
FSH	〃	〃			RIA 法			〃	EIA 法	〃
HCG	〃	MEIA 法 イムノクロマト法			LIA 法			〃	〃	〃
HPL					〃					
E_2	EIA 法	MEIA 法 CLIA 法						CLEIA 法		化学発光イムノアッセイ法
E_3		FPIA 法								〃
糞便ヘモグロビン(便潜血)	金コロイド比色法	イムノクロマト法			LIA 法					ラテックス凝集法
H. Pylori	ELISA 法				ELISA 法		イムノクロマト法, ELISA 法, 他 1		EIA 法	ELISA 法

ミオグロビン				LIA 法					〃	化学発光イムノアッセイ法
β-HCG		MEIA 法，CLIA 法								
C-ペプチド									EIA 法	化学発光イムノアッセイ法
ミオシン L									〃	
抗核抗体			ELISA 法，間接蛍光抗体法							
抗ミトコンドリア抗体			〃 〃							
抗 LKM-1 抗体			〃							
抗リン脂質抗体			〃 希釈ラッセル蛇毒試験法							
MMP-3			〃							
ANCA			〃 間接蛍光抗体法							
抗 Dsg 抗体			〃							
抗 Tg 抗体			ELISA 法						ELISA 法	化学発光イムノアッセイ法
抗 TPO 抗体			〃						〃	〃
γ-Sm									EIA 法，他 1	

免疫血清（2）

会社名 / 項目名	三光純薬	シスメックス	常光	住友製薬バイオメディカル	第一化学薬品	ダコ・サイトメーション	デイドベーリング	デンカ生研	東芝ラボメディカル	東ソー
CRP	TIA 法	ラテックス凝集法，他 2		免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法	免疫比濁用，EIA 用原料	NIA 法，TIA 法，LA 法	ラテックス凝集法	LIA 法/TIA 法	
ASO		〃					〃	〃	〃	
RF		〃，他 4					〃	〃	〃	
IgG		免疫比濁法			免疫比濁法	免疫比濁用，EIA 用原料	〃，TIA 法	免疫比濁法		
IgA		〃			〃	〃	〃，TIA 法	〃		
IgM		〃			〃	〃	〃，TIA 法	〃		
IgE		PAMIA 法				〃	CLEIA 法 NIA 法	ラテックス凝集法	LIA 法	EIA 法
C_3，C_4		免疫比濁法			免疫比濁法	〃	NIA 法，TIA 法	免疫比濁法		
β-Lipo		〃			ヘパリン比濁法		TIA 法	Heparin-ca 法		
LP（a）		ラテックス比濁法	等電点電気泳動アイソホーム法		免疫比濁法	免疫比濁用，EIA 用原料	NIA 法	ラテックス凝集法	LIA 法	
Apo A-I		免疫比濁法			〃	〃	〃，TIA 法			
Apo A-II		〃			〃		〃，〃			

Apo B		〃			〃	免疫比濁用，EIA 用原料	〃 ， 〃			
Apo C-II		〃			〃		TIA 法			
Apo C-III		〃			〃		〃			
Apo E		〃	等電点電気泳動アイソホーム法		〃	免疫比濁用，EIA 用原料	NIA 法			
IAP	TIA 法									
AFP	ECLIA 法，他 1	EIA 法 PAMIA 法				免疫比濁用，EIA 用原料	CLEIA 法		LIA 法	EIA 法
CEA		〃				〃	〃			〃
NSE							〃			
フェリチン		EIA 法 RPHA 法				免疫比濁用，EIA 用原料	NIA 法，CLEIA 法	ラテックス凝集法	LIA 法	EIA 法
β_2M		PAMIA 法		ラテックス比濁法		〃	〃	〃	〃	〃
PIVKA-II	ECLIA 法，他 1									
PAP		EIA 法								EIA 法
PA		〃 PAMIA 法								
PSA		〃 〃				原料用抗体	CLEIA 法 EIA 法			EIA 法
F-PSA							EIA 法			
CA 19-9		EIA 法 PAMIA 法					EIA 法 CLEIA 法			EIA 法
CA 125		〃					〃			〃
CA 15-3										〃
梅毒反応	ラテックス凝集法，他 1	EIA 法，RPHA 法，PAMIA 法					EIA 法，NIA 法，CLEIA 法			
クラミジア (Ab・Ag)		直接蛍光抗体法				原料用抗体	FA 法			
HBs(Ag・Ab)	イムノクロマト法	EIA 法 PAMIA 法				免疫比濁用，EIA 用原料	EIA 法 CLEIA 法			EIA 法
HBe(Ag・Ab)		〃					〃			〃
HBc(Ab)		〃				免疫比濁用，EIA 用原料	〃			〃
HCV(Ab)		〃								
HIV(Ab)							EIA 法			
HTLV-1		PAMIA 法								
ATL	ECLIA 法，他 1									
インスリン		EIA 法 PAMIA 法				原料用抗体				EIA 法
T_3，T_4						免疫比濁用，IEA 用原料	CLEIA 法 EIA 法			〃
FT_3，FT_4							〃			〃

コルチゾール						免疫比濁用，EIA 用原料				〃
TSH						〃	CLEIA 法 EIA 法			〃
LH			ワンステップ・イムノクロマト法			〃	CLEIA 法			〃
プロラクチン							〃			〃
FSH						免疫比濁用，EIA 用原料	〃			〃
カルシトニン						〃				
HCG			ワンステップ・イムノクロマト法			〃	EIA 法			EIA 法
HPL										
E_2										EIA 法
糞便ヘモグロビン（便潜血）	イムノクロマト法	ラテックス法	ワンステップ・イムノクロマト法			原料用抗体				
H. Pylori		ウレアーゼ法			ラテックス凝集法		CLEIA 法			
ミオグロビン						原料用抗体	NIA 法，EIA 法	ラテックス凝集法	LIA 法	EIA 法
C-ペプチド						〃	CLEIA 法			〃
心筋トロポニン I						〃	EIA 法			
β-HCG							〃			EIA 法
カテコールアミン										HPLC 法
GH										EIA 法
TPOAb										〃
TgAb										〃
プロゲステロン										〃
BNP		PAMIA 法								〃

免疫血清（3）

会社名 / 項目名	日水製薬	ニットーボーメディカル	ニプロ	日本ビオメリュー	バイエルメディカル	富士レビオ	ファルマシア	三菱化学ヤトロン	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業
CRP	LIA 法	免疫比濁法（TIA 法，LA 法）	免疫比濁法		免疫比濁法	FPIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	免疫比濁法，ラテックス凝集比濁法	LIA 法，他 1
ASO	〃	〃				PA 法		〃	ラテックス凝集比濁法	〃
RF	〃	〃						〃	〃	〃 ，他 1
IgG	TIA 法	〃			免疫比濁法			免疫比濁法	免疫比濁法	TIA 法
IgA	〃	〃			〃			〃	〃	〃

IgM	〃	〃			〃			〃	〃	〃
IgE	EIA 法			EIA 法		CLEIA 法	FEIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	EIA 法	LIA 法，他 1
C_3，C_4	TIA 法	免疫比濁法（TIA 法）			免疫比濁法			免疫比濁法	免疫比濁法	TIA 法
β-Lipo								〃	ヘパリン比濁法	〃
LP（a）		免疫比濁法（TIA 法）						〃	ラテックス凝集比濁法	〃
Apo A-I		〃						〃	免疫比濁法	〃
Apo A-II		〃						〃	〃	〃
Apo B		〃						〃	〃	〃
Apo C-II		〃						〃	〃	〃
Apo C-III		〃						〃	〃	〃
Apo E		〃						〃	〃	〃
AFP	EIA 法			EIA 法	EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	EIA 法，電気化学発光法	CLEIA 法，他 1
AFP-L 3％										LBA 法
PIVKA II										〃
CEA	EIA 法			EIA 法	EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	EIA 法，電気化学発光法	CLEIA 法，他 1
NSE									〃	〃
フェリチン	EIA 法			EIA 法	EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	〃	〃 ，他 1
β_2M	〃			〃	〃	〃		ラテックス免疫比濁法，他 2	EIA 法	〃
PAP	〃							IRMA 法 CLEIA 法		
PA					EIA 法 CLIA 法			ラテックス免疫比濁法，他 1		CLEIA 法，他 1
PSA	EIA 法			EIA 法		CLEIA 法		〃	EIA 法，電気化学発光法	CLEIA 法
CPSA					CLIA 法					
FPSA									電気化学発光法	
CA 19-9	EIA 法				FIA 法 CLIA 法	CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法	EIA 法，電気化学発光法	CLEIA 法
CA 125	〃				〃	〃		CLEIA 法	〃	〃
CA 15-3	〃				〃	〃		〃	〃	
CA 72-4									〃	
梅毒反応	蛍光免疫法					CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法	ラテックス凝集比濁法	LIA 法，他 1
クラミジア（Ab・Ag）				EIA 法		DNA プローブ法		EIA 法		
HA（AD）				〃					EIA 法	

HBs(Ag・Ab)				〃		CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法, 他 1	EIA 法, 電気化学発光法	CLEIA 法
HBe(Ag・Ab)	蛍光免疫法			〃		〃			〃	〃
HBc(Ab)	〃					〃			〃	
HCV(Ab)	〃					〃		ラテックス免疫比濁法	EIA 法	
HIV(Ab)				EIA 法 (Ag・Ab)		〃			〃	
ATL						〃			〃	
インスリン	EIA 法				CLIA 法	〃		ラテックス免疫比濁法, 他 1	EIA 法, 電気化学発光法	CLEIA 法, 他 1
GH	〃							CLEIA 法		
T_3, T_4	〃			EIA 法	EIA 法 CLIA 法			〃	EIA 法, 電気化学発光法	CLEIA 法, 他 1
FT_3, FT_4	〃			〃	〃	CLEIA 法		FIA 法, 他 1	〃	〃
コルチゾール	〃			〃	〃			CLEIA 法	電気化学発光法	
TSH	〃			〃	〃	CLEIA 法		FIA 法, 他 1	EIA 法, 電気化学発光法	CLEIA 法, 他 1
LH	〃		定性・金コロイドクロマト法	〃	〃	〃		CLEIA 法, 他 1	電気化学発光法	〃
プロラクチン	〃			〃	〃	〃		〃 , 他 1	〃	〃
FSH	〃			〃	〃	〃		〃 , 他 1	〃	〃
HCG	〃		定性・金コロイドクロマト法	〃	〃			ラテックス免疫比濁法, 他 1	〃	
HPL								〃		
E_2	EIA 法			EIA 法	EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法		CLEIA 法		
E_3								ラテックス免疫比濁法		
糞便ヘモグロビン(便潜血)					MPA 法			〃		金コロイド比色法(免疫法)
H. Pylori					EIA 法				EIA 法	CLEIA 法
TPOAb	EIA 法				CLIA 法					
TgAb	〃				〃					
βHCG	〃								EIA 法	
プロゲステロン	〃			EIA 法					電気化学発光法	
C ペプチド	〃				CLIA 法					CLEIA 法
トロポニン I				EIA 法	〃				電気化学発光法	
ミオグロビン	蛍光免疫法			〃	〃				〃	
抗 TPO					〃					

血液凝固・線溶（1）

会社名 / 項目名	エイアンドティー	栄研化学	エム・シー・メディカル	カイノス	協和メデックス	三光純薬	シスメックス	第一化学薬品	ダコ・サイトメーション	デイドベーリング
PT	粘度法					凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法		
PTT	〃					〃	〃	〃		
トロンボテスト	〃					〃	〃	〃		
ヘパプラスチンテスト						〃	〃	〃		
プロテインC							凝固時間法，合成基質法	発色性合成基質法	免疫比濁用，EIA 用原料	
プロテインS									〃	
ATIII	LIA 法	LIA 法	合成基質法		ラテックス凝集積分球濁度法	合成基質法	凝固時間法，合成基質法	発色性合成基質法	〃	NIA 法
α_2PI			〃			〃	合成基質法	〃	〃	
PLG			〃			〃	〃	〃		NIA 法
FDP-T	LIA 法			ラテックス免疫比濁法	ラテックス凝集比濁法		ラテックス凝集比濁法	免疫比濁法		
FDP-E										
D-D ダイマー	LIA 法					ラテックス比濁法	ラテックス凝集比濁法，他 1	免疫比濁法		
Fbg	粘度法					凝固時間法	トロンビン時間	凝固時間法		NIA 法
TAT							EIA 法			EIA 法
PIC							〃 ，他 1	免疫比濁法		
第II凝固因子						凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法		
第V凝固因子						〃	〃	〃		
第VII凝固因子						〃	〃	〃		
第VIII凝固因子						〃	〃 ，他 1	発色性合成基質法，他 1	免疫比濁用，EIA 用原料	
第IX凝固因子						〃	〃	凝固時間法	〃	
第X凝固因子						〃	〃	〃	〃	
第XI凝固因子						〃	〃	〃		
第XII凝固因子						〃	〃	〃		
第XIII凝固因子						〃				
複合因子							凝固時間法			
ヘパリン							合成基質法	発色性合成基質法		
F 1+2										EIA 法

血液凝固・線溶（2）

会社名 / 項目名	東芝ラボメディカル	日水製薬	ニットーボーメディカル	ニプロ	日本ビオメリュー	三菱化学ヤトロン	ロシュ・ダイアグノスティックス			
PT					凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法			
PTT					〃		〃			
トロンボテスト						凝固時間法				
ヘパプラスチンテスト						〃				
プロテインC						ラテックス免疫比濁法，他1	合成基質法 凝固時間法			
プロテインS						合成基質法	凝固時間法			
ATIII		蛍光免疫法	合成基質法 TIA法		合成基質法	ラテックス免疫比濁法，他1	合成基質法			
α_2PI			〃		〃	〃	〃			
PLG			〃		〃	〃	〃			
FDP-T		蛍光免疫法		ラテックス凝集比濁法	ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法			
FDP-E				〃		〃	〃			
D-Dダイマー		蛍光免疫法		〃	ラテックス凝集法，ELISA法	〃 ，他1	〃			
Fbg	TIA法		免疫比濁法		凝集時間法	塩折法	凝固時間法 免疫比濁法			
TAT						TR-FIA法				
PIC		蛍光免疫法				ラテックス免疫比濁法，他1				
第II凝固因子					凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法			
第V凝固因子					〃	〃	〃			
第VII凝固因子					〃	〃	〃			
第VIII凝固因子					〃	〃	〃			
第IX凝固因子					〃	〃	〃			
第X凝固因子					〃	〃	〃			
第XI凝固因子					〃	〃	〃			
第XII凝固因子					〃	〃	〃			
第XIII凝固因子				ラテックス凝集比濁法		ラテックス免疫比濁法，他1	〃			
複合因子						凝固時間法	〃			
ヘパリン						合成基質法				
F1+2					EIA法					

血中薬物（1）

会社名 / 項目名	アボット ジャパン	協和メデックス	第一化学薬品	デイドベーリング	日本ビオメリュー	バイエルメディカル	三菱化学ヤトロン	ロシュ・ダイアグノスティックス		
N-アセチルプロカインアミド	FPIA 法							FPIA 法		
アセトアミノフェン	〃									
アプリンジン	〃									
アミカシン	〃									
アルベカシン	〃									
エタノール	〃			酵素法				酵素法		
エトスクシミド	〃	化学発光イムノアッセイ法		EMIT 法						
カルバマゼピン	〃		CEDIA 法	〃		CLIA 法		FPIA 法		
キニジン	〃			〃				〃		
ゲンタマイシン	〃			〃		CLIA 法		〃		
サリチル酸	〃									
シクロスポリン	〃		CEDIA 法	EMIT 法 ACMIA 法						
ジソピラミド	〃			〃 PETINIA 法						
ジギトキシン	〃		CEDIA 法				CLEIA 法			
ジゴキシン	〃	化学発光イムノアッセイ法	〃 ラテックス凝集比濁法	EMIT 法	EIA 法	EIA 法 CLIA 法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	ラテックス凝集比濁法		
ストレプトマイシン										
タクロリムス				EMIT 法						
テオフィリン	FPIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CEDIA 法	〃	EIA 法	ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	FPIA 法		
トブラマイシン	〃	〃								
ネチルマイシン	〃							FPIA 法		
バルプロ酸ナトリウム	〃	化学発光イムノアッセイ法	CEDIA 法	EMIT 法		CLIA 法		〃		
パイコマイシン	〃	〃				〃		〃		
フェニトイン	〃	〃	CEDIA 法	EMIT 法		〃 ラテックス凝集法		〃		
フェノバルビタール	〃	〃	〃	〃		〃		〃		
プリミドン	〃		〃	〃				〃		
プロカインアミド	〃							〃		

メトトレキサート	〃									
リドカイン	〃			EMIT 法				FPIA 法		
VB_{12}	CLIA 法	化学発光イムノアッセイ法						電気化学発光法		
葉酸		〃								

自動分析装置専用試薬

自動分析装置専用試薬（1）

機種名＼会社名	アズウェル		栄研化学		エイアンドティー		エム・シー・メディカル		オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス		カイノス		協和メデックス		三光純薬		塩野義製薬		シスメックス	
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
日立-7050シリーズ	30	4	33	3	12	6					11	6	12		24	3			34	18
〃 -7150	〃	〃	〃	〃	〃	〃					33	10	23	1	〃	〃			〃	〃
〃 -7170	〃	〃	〃	〃	〃	〃					28		17	〃	〃	〃			〃	〃
〃 -7250・7350・7450	〃	〃	30	〃	〃	〃					27	2	20		〃	〃			32	11
〃 -7070・7060	〃	〃	〃	〃	〃	〃					33	10	23		〃	〃			34	18
〃 -7020	〃	〃	〃	〃	〃	〃					11	6			〃	〃			〃	〃
〃 -7600	〃	〃	〃	〃	〃	〃					28		23	1	〃	〃			〃	〃
TBA-Sシリーズ	〃	〃	28	2	〃	〃									〃	〃			29	11
〃 -60 R	〃	〃	〃	3	〃	〃							23	1	〃	〃			31	18
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)	〃	〃	37	〃	〃	〃					12		〃	〃	〃	〃			〃	〃
〃 -Mシリーズ	〃	〃	30	〃	〃	〃					27	1	20		〃	〃			29	11
〃 -80 FR(NEO)	〃	〃	33	〃	〃	〃					33	10	23		〃	〃			31	18
〃 -200 FR	〃	〃	〃	〃	〃	〃					〃	〃	〃		〃	〃			〃	〃
〃 -120 FR															〃	〃				
CL-7100・7000	30	4	26		12	6							12		〃	〃			31	18
〃 -7200	〃	〃	30		〃	〃					33	10	〃		〃	〃			〃	〃
〃 -7300	〃	〃	〃	3	〃	〃					〃	〃	〃		〃	〃			〃	〃
〃 -8000	〃	〃	〃	〃	〃	〃					11	6	〃		〃	〃			〃	〃
クリナライザーRXシリーズ	〃	〃	〃	〃							2		17		〃	〃			29	11
〃 RSシリーズ	〃	〃	〃	1	12	6					33	10	23	1	〃	〃			31	18
〃 HRシリーズ	〃	〃	26		〃	〃					2				〃	〃			29	11
〃 BMシリーズ	〃	〃	27		〃	〃					28				〃	〃			31	18
AU-5200	〃	〃	28	3	〃	〃					27	2	20		〃	〃			29	11
〃 -1000・800	〃	〃	〃	〃	〃	〃					33	10	〃	1	〃	〃			31	18
〃 -600	〃	〃	〃	〃	〃	〃					〃	〃			〃	〃			〃	〃
〃 -560・510	〃	〃	〃	〃	〃	〃							23		〃	〃			〃	〃

テクニコン-SSR			〃	〃	〃	〃							〃							
〃 -CHEM 1			〃	〃									〃							
COBAS-MIRA-S	30	4	29										〃		24	3			31	18
〃 -MIRA プラス	〃	〃	〃										〃		〃	〃			〃	〃
〃 -FARA	〃	〃	27	2									〃		〃	〃			〃	〃
〃 -BIO	〃	〃	〃	〃									〃						〃	〃
バイエル-550	〃	〃	〃	〃									〃							
〃 -エキスプレスプラス	〃	〃	〃	〃									〃							
スーパー Z	〃	〃	29	3			20	7					〃		24	3			31	18
502 X					12	18														
501 X																				
EL-1200													19							
〃 -1060													〃							
HM-JACK														1						
DM-JACK													2	1						
HGS-180																				
ルミワード																		特異IgE・総IgE (45 項目)		
ビトロス 250									40	5										
モジュラーアナリティクス DP													11							

自動分析装置専用試薬（2）

会社名 / 機種名	住友製薬 バイオメディカル		第一化学薬品		デンカ生研		ニットーボー メディカル		ニプロ		バイエル メディカル		三菱化学 ヤトロン		ロシュ・ダイアグノスティックス		和光純薬工業			
	生化学 項目数	免疫 項目数	生化学 項目数	免疫 項目数	生化学 項目数	免疫 項目数	生化学 項目数	免疫 項目数	生化学 項目数	免疫 項目数	生化学 項目数	免疫 項目数	生化学 項目数	免疫 項目数	生化学 項目数	免疫 項目数	生化学 項目数	免疫 項目数		
日立-7050 シリーズ			35	7			33	24					33	15			8	2		
〃 -7150			〃	〃	24	11	〃	〃	25	1			34	16			16	11		
〃 -7170			〃	〃	15	8	〃	〃	〃	〃			31	18			26	12		
〃 -7250・7350・7450			34		23	5	32	9	〃	〃			32	11			12	2		
〃 -7070・7060			35		〃	11	〃	24	〃	〃			31	16			9	12		
〃 -7020			〃				〃	〃	〃	〃			24	12			16	1		

〃 -7600			〃				〃	P=24 D=9	〃	〃			35	18			27	5		
TBA-Sシリーズ					10				〃	〃			34	3						
〃 -60 R			32		24	11	32	9	〃	〃			31	13						
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)			〃		〃	13	33	24	〃	〃			32.35	16.18			23	8		
〃 -Mシリーズ			30		〃	5	32	9	〃	〃			34	3						
〃 -80 FR(NEO)			32		〃	11	33	24	〃	〃			31	18			16	11		
〃 -200 FR			〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃	16			25	1		
CL-7100・7000							〃	〃					〃	8						
〃 -7200							〃	〃	25	1			34	13						
〃 -7300							〃	〃	〃	〃			〃	〃						
〃 -8000							〃	〃	〃	〃			28	15						
クリナライザーRXシリーズ									〃	〃			29	8						
〃 RSシリーズ							32	9	〃	〃			30	10						
〃 HRシリーズ							〃	〃	〃	〃			〃	5			20	3		
〃 BMシリーズ							〃	24	〃	〃			27	6			27	5		
AU-5200			27				〃	9	〃	〃			28	5			20	3		
〃 -1000・800			28				〃	24	〃	〃			27	15			16	11		
〃 -600							〃	〃	〃	〃			30	14			29	16		
〃 -560・510			28				〃	〃					31	12						
テクニコン-SSR											26	1								
〃 -CHEM 1											25									
オペラ											29	1								
COBAS-MIRA-S			29				32	9					26	11						
〃 -MIRA プラス													〃	〃	49	17				
〃 -FARA													28	8						
〃 -INTEGRA 800															49	26				
〃 -INTEGRA 400 plus															〃	〃				
モジュラーアナリティクスDP																				
パイエル-550											22	2								

スーパーZ									25	1			29	11						
LPIA -S 500														49						
〃 -A 700														40						
MIRACLE 919									25	1										
Allegro Lite		15																		
日本電子BM-1650							33	24	25	1							27	5		
〃 BM-1650							〃	〃	〃	〃							〃	〃		
〃 BM-2250							〃	〃	〃	〃							〃	〃		
オリンパス AU-2700							32	9	〃	〃							12	2		
エクスプレスプラス											22									

コントロール血清

(株)アズウェル

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
液状ネスコール-N	電解質，酵素，脂質，含窒素 他	正常	○	5mL×10	14,000	
〃 -A	〃	異常	〃	〃	〃	
セラクリア-HE II	酵素7項目	正常・異常	〃	正常域3mL×5 異常域3mL×5	26,000	
〃 -LP	脂質6項目	異常	〃	3mL×5	9,300	

(株)エイアンドティー

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
イムノティクルスオートコントロール血清(L)	免疫12項目	低値	○	1mL用×5	25,000	
〃 (H)	〃	高値	〃	〃	〃	
イムノティクルスオート梅毒コントロール	梅毒	陰性・陽性	〃	各1mL用×3	20,000	
コントロール血しょう レベル1	PT，APTT，Fib，TB	正常	〃	0.5mL用×10	12,000	
〃 レベル2	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 レベル3	〃	〃	〃	〃	〃	

栄研化学(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
リピッドセラームI	脂質7項目	正常	○	3mL×5	7,500	
〃 II	〃 5項目	異常	〃	〃	10,000	
TZセーラム	TTT，ZTT	〃	〃	〃	5,500	
BLセーラム	B-L	正常	〃	〃	7,500	
免疫コントロールI-A	IgG, A, M, C_3, C_4, CRP, ASO, RF	〃	〃	1mL×5	18,000	
〃 II-A	IgG，A，M，C_3，C_4	異常	〃	〃	〃	
〃 II-B	CRP，ASO，RF	〃	〃	〃	〃	
トリプルチェックレベルI	24項目	低値	〃	3mL×24	21,600	

〃　　II	〃	中値	〃	〃	〃	
〃　　III	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-LX, 1	LX システン16項目	低値	〃	2mL 分×5	25,000	
〃 , 2A	〃	高値	〃	〃	〃	
〃 , 2B	〃	〃	〃	〃	〃	
〃 , 3	LX システム腎機能マーカー5項目	尿用低値	〃	〃	〃	
〃 , 4	〃	〃 高値	〃	〃	〃	
QC-β_2M-L'栄研'	LX-β_2M	低値	〃	〃	10,000	
〃 -H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-BFP-L'栄研'	LX-尿 BFP	低値	〃	〃	〃	
〃 -H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-RE, Set	T3他31項目	低・中・高値	〃	2mL 分×2	19,000	
〃 , I	〃	低値	〃	2mL 分×6	〃	
〃 , II	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 , III	〃	高値	〃	〃	〃	
〃 , N	〃	正常値	〃	〃	〃	
ペプシノゲンコントロール'栄研'	ペプシノゲンI・II		〃	1mL 分×5	11,000	
H.ピロリ抗体コントロール'栄研'	ヘリコバクターピロリ抗体	陰性・陽性	〃	〃	〃	
コントロール濾紙セット'栄研'	ペプシノゲンI・II, PSA	低・中・高	〃	3濃度各1枚	〃	
〃　　H.ピロリ抗体	ヘリコバクターピロリ抗体	陰性・陽性	〃	2　〃	〃	
OC-コントロール'栄研'L	糞便中ヘモグロビン	低値	〃	1mL 分×5	13,000	
〃　　H	〃	高値	〃	〃	〃	
US-コントロール'栄研' Level I/II	尿定性(陰性・陽性)		〃	12mL 分×3	15,000	
〃　　Level II	〃 (陽性)		〃	〃	〃	
ノムノピアリ 1	IgG, IgA, IgM, C3, C4, CRP, ASO, RF, α_1-M, β_2-M	低濃度	○	3mL 分×2	28,500	
〃　　2	SAA, FTN, IgD, IgE, Hpt, α_1-AG, α_1-AT, Tf	高濃度	〃	〃	〃	

エム・シー・メディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
トロンボスクリーン 血液凝固標準血漿 UCRP	凝固・線溶系	正常	○	1mL×10	21,000	
〃 血液凝固標準血漿 ACRP	〃	異常	〃	〃	〃	
フィブリノーゲン標準血漿	凝固	正常	〃	〃	18,000	
血液凝固コントロール レベル1	〃	〃	×	〃	15,000	
〃 レベル2	〃	異常	〃	〃	16,000	
〃 レベル3	〃	〃	〃	〃	〃	
フィブリノーゲンコントロール	〃	〃	○	〃	15,000	
ヘパリンコントロール レベル1	〃	正常	×	〃	〃	
〃 レベル2	〃	異常	〃	〃	〃	

オリンパス光学工業(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
AU コントロール	ヒト血清ベース，マルチタイプ	レベル1 レベル2	○	各5mL用×6バイアル		
AES コントロール	たん白分画用	ノーマル アブノーマル	〃	0.5mL×5バイアル		

(株)カイノス

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
UltimateC4(4mg/dL)	ビリルビン標準値	4mg/dL	〃	2mL×10	17,000	
〃 C8(8mg/dL)	〃	8mg/dL	〃	〃	〃	
〃 C20(20mg/dL)	〃	20mg/dL	〃	〃	15,000	
Ultimate-D Level 1	ビリルビンコントロール	低値	〃	3mL×10	21,000	
〃 Level 2	〃	中間値	〃	〃	〃	
〃 Level 3	〃	〃	〃	〃	〃	
〃 Level 4	〃	高値	〃	〃	25,000	

I. D. -Zone(Normal)	血清蛋白分画	正常	〃	2mL×6	29,000	
〃 (Abnormal)	〃	異常	〃	〃	〃	
尿コントロール	AMY, Ca, Cl, CRE, GLu, Pi, K, Na, TP, UN, UA, Osmolality	正常・異常	〃	10mL×6	33,000	
ケトン体コントロール I 〃 II 〃 III	} 3HB, TKB	低値 中値 高値	〃 〃 〃	3mL用×6 〃 〃	8,000 〃 〃	
1,5AG コントロール	1,5AG	低値・中値	〃	2mL×6	20,000	
「DIP&SPIN」沈渣コントロール	尿沈渣検査用，尿定性検査用			Leve l 120mL×2 Leve 2 〃	65,000	
マルチキャリブレーター「カイノス」	CRE, UN, Glu, IP, Ca			5mL×6	10,000	
酵素キャリブレーター「カイノス」	GOT, GPT, ALP, CK, LDH, r-GTP 他			3mL×4	14,400	
ライフォチェックイムノアッセイ プラス コントロール血清 1，2，3	免疫血清項目	低値・中値・高値		5mL×12	40,000	
〃 〃 1	〃	低値		〃	〃	
〃 〃 2	〃	中値		〃	〃	
〃 〃 3	〃	高値		〃	〃	

協和メデックス(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格 (円)	備考
Accurun 1 マルチマーカーコントロール	anti-HIV1/2, anti-HTLV I/II anti-HBc, anti-HCV, anti-CMV, HBsAg		○	1mL×3 ～5mL×3	24,000 ～95,000	
Normal コントロール	感染症陰性コントロール		×	1mL×1～3.5mL×12	5,000 ～5,700	
HIV 抗原 シングルマーカーコントロール	HIV 抗原		〃	5mL×1 ～5mL×3	14,000 ～39,000	
HBs 抗原	HBs 抗原		〃	5mL×1	14,000	
HBs IgG, IgM	HBs コア IgG, IgM		〃	〃	14,000	
HBe 抗原	HBe 抗原		〃	〃	〃	
HBe 抗体	HBe 抗体		〃	〃	〃	
HAV 抗体 IgG, IgM	HAV IgG HAV IgM		〃	1mL×1～5mL×1 1mL×1～5mL×1	4,000～16,000 5,000～20,000	
HBs 抗体	HBs 抗体		○	5mL×1	14,000	
Lyme 病抗体 IgG, IgM	Lyme 病 IgG Lyme 病 IgM		×	1mL×1 〃	5,000 (IgG) 9,000 (IgM)	
Toxo 抗体 IgG, IgM	Toxo IgG Toxo IgM		〃	〃 〃	3,000 (IgG) 7,000 (IgM)	
風しん抗体 IgG, IgM	風しん IgG 〃 IgM		〃	〃 〃	〃 〃	
CMV IgG, IgM	CMV IgG CMV IgM		〃	〃 〃	3,000 (IgG) 9,000 (IgM)	

TP（梅毒抗体）	TP 抗体		○	2mL×1 ～2mL×3	6,000 ～16,000	
TP（RPR）	TP（RPR）		×	1mL×1	4,000	
Infectrol	HCV 抗体・HBs 抗原		○	3.5mL×1		A～E，5 濃度別発売

クリニカコーポレーション／(株)ベリタス

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
Immunology Control	IgG，IgA，IgM，C3，C4，CRP，RF，ASO 他15項目	3 濃度	○	OEM，バルク供給	OEM，バルク供給	液状品，保存：2～8℃，36ケ月安定
Tumor Marker 〃	CA125，CA15-3，CA19-9，CEA 他10項目	〃	〃	〃	〃	〃 ，24 〃
Cardiac Marker 〃	CK-MB，Myoglobin，Troponin I，Troponin T，hsCRP，Digoxin	〃	〃	〃	〃	〃 ，
hCG 〃	hCG	〃	〃	〃	〃	〃 ，36 〃
hs-CRP 〃	hs-CRP	〃	〃	〃	〃	〃 ，
Combined APO AI/APO B Controls	Apo AI，Apo B	〃	〃	〃	〃	〃 ，24 〃

三光純薬(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
EXA Liquid 3 normal	ヒト血清マルチタイプ	正常	○	3mL×25	22,500	
〃 abnormal	〃	異常	〃	〃	24,000	
〃 IM-N	免疫血清用マルチタイプ	正常	〃	2mL×4	21,000	
〃 IM-A	〃	異常	〃	〃	28,000	
〃 bilirubin-H	ビリルビン	〃	〃	3mL×4	6,500	凍結乾燥品

シスメックス(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
QAP トロール1X・2X	生化学用	正常・異常	×	5mL×5×2濃度	15,500	
UIBC トロール	UIBC	低，中，高濃度	〃	2mL 分×2×3濃度	8,000	
リクイチェック尿化学コントロール レベル1・2	尿化学検査用	正常・異常	○	10mL 分×12	22,000	

ISEトロールⅠ・X	電解質用	正常値下限付近	×	3mL 分×5	4,500	
〃 Ⅱ・X	〃	〃	〃	〃	〃	
GHbトロールⅨ・ⅡX	グリコヘモグロビン用	正常・異常	〃	0.2mL 分×8	16,000	
グリコHbコントロール	〃	〃	○	65mg×4×2濃度	〃	
HDLコントロールL	HDL-コレステロール用	低値	〃	3mL 分×6	13,000	
〃 M	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 H	〃	高値	〃	〃	〃	
ヴィラトロール	HBs抗原，HCV抗体，TP抗体，HIV抗体，HTLV-1抗体	2濃度	×	3mL分×3×2レベル	22,500	ウイルス不活化処理済み(液状加熱処理及びS/D処理)
ランリームコントロールA レベルⅠ・Ⅱ	AFP，CEA，フェリチン，PSA	低濃度・高濃度	○	6mL×各1	27,000	
〃 B レベルⅠ・Ⅱ	IgE，HBsAb，HBcAb	〃	〃	〃	18,000	
〃 C レベルⅠ・Ⅱ	β_2-マイクログロブリン，インシュリン	〃	〃	〃	24,000	
〃 D レベルⅠ・Ⅱ	HBsAg	〃	〃	〃	17,000	
〃 E レベルⅠ・Ⅱ	HCV-Ab	〃	〃	〃	〃	

(株)常光

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
分画トロール「常光」"ノーマル"	蛋白分画用	正常	○	0.5mL×10	18,000	1本約1週間使用可能
〃 "アブノーマル"	〃	異常	〃	〃	〃	〃
イオン電極用常用標準血清ISE-CRS	Na^+，K^+，Cl^-	高，中，低	〃	1.5mL×20	16,000	冷凍品
グリコヘモグロビンA_{1c}「二次標準」	安定化-HbA_{1c}	レベル1・2	〃			凍結乾燥品
電極チェック液	透析液測定用		〃	3mL×20	12,000	液状

住友製薬バイオメディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
アクエック-10 M S	IgG，IgA，IgM，C3，C4，CRP，RF，ASO，CEA，AFP	High・Low	○	4mL×3V×2 4mL×1V×2		液状・長期間安定
〃 -タイプII MP H/L	CEA，AFP，FER，BMG，CA19-9，CA125，CA15-3，PSA，TSH，T_3，T_4，FT_3，FT_4	〃	〃	4mL×5V×2 4mL×1V×2		〃

第一化学薬品(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
セロノルム・ヒューマン	生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属・他	正常	○	5mL×10	18,000	Sero社製，販売：第一化学薬品
セロノルム	電解質・酵素・脂質・他	〃	〃	〃	〃	〃
パソノルムH	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃 L	〃	〃	〃	〃	〃	〃
オートノルム	〃	正常	〃	10mL×6	16,100	〃
セロノルム・ファルマカ レベル1	薬物血中濃度	治療域	〃	5mL×10	20,000	〃
〃 レベル2	〃	中毒域	〃	〃	〃	〃
セロノルム・リピッド	血清脂質	正常	〃	3mL×12	22,000	〃
〃 ・CRPコントロール	CRP	異常	〃	1mL×6×2濃度	15,000	

ダコ・サイトメーション(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
ヒト血清タンパク／〔キャリブレーター〕	Alb, α_1-アンチキモトリプシン, α_1-アンチトリプシン他全16項目	正常	○	1mL×1 1mL×20	3,000 39,000	液状
〃／〔コントロール血清〕低濃度域	〃	項目により異る	〃	1mL×1 5mL×1	10,000 46,000	〃
〃／〔コントロール血清〕高濃度域	〃	〃	〃	5mL×1	46,000	〃
ヒト血清C反応性タンパク(CRP)／〔コントロール血清〕低濃度域	CRP		〃	1mL 5mL	9,000 36,000	標準値を160mg/L付近に設定
〃／〔コントロール血清〕高濃度域	〃		〃	〃 〃	〃 〃	
〃／〔キャリブレーター〕	〃		〃	1mL	6,000	
ヒト血清アポリポプロテインA-I,B／〔キャリブレーター〕	アポリポプロテインA-I，B		〃	0.5mg×6	48,000	凍結乾燥品
〃／〔コントロール〕	〃		〃	〃	54,000	〃
α_1ミクログロブリン／〔キャリブレーター〕	α_1-Microgrobulin		〃	〃	19,000	液状

(株)テクノメディカ

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
液状常用標準血清 ISE-CRS	Na，K，Cl	中濃度	○	1mL	22,000	

〃 ISE-CRS 三濃度	〃	高・中・低濃度	〃	1.5mL	30,000	

デンカ生研(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格(円)	備考
液状キャリブレーター	生化学	異常	○	5mL×10	14,000	
脂質キャリブレーターD	脂質		〃	1mL×5	5,000	
脂質コントロールI	〃		〃	1mL×10	10,000	
〃 II	〃		〃	〃	15,000	
酵素キャリブレーター「生研」			〃	2mL×6	13,500	
酵素コントロール1・2「生研」			〃	2mL×3×2濃度	〃	
イムノキューセラI-(L)	免疫血清	低値	〃	3mL×5	30,000	
〃 -(H)	〃	高値	〃	〃	〃	
イムノキューセラII-(L)	〃	低値	〃	〃	〃	
〃 -(H)	〃	高値	〃	〃	〃	
生研リキッドノーマルIプラス	生化学	正常	〃	1mL×60	20,000	
〃 V 〃	〃	〃	〃	5mL×20	30,000	
生研リキッドアブノーマルIプラス	〃	異常	〃	1mL×60	20,000	
〃 V 〃	〃	〃	〃	5mL×20	30,000	
生研リキッドイムノロジーコントロール レベルI	免疫血清	低値	〃	2mL×5	計 80,000	
〃 レベルII	〃	高値	〃	〃		

東ソー(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格(円)	備考
東ソーマルチコントロール	EIA用多項目コントロール	レベル1, 2, 3		各5mL×3本×3種		
HbA_{1c}キャリブレータ(JDS)	安定型HbA_{1c}	レベル1, 2	○	各4mL用×5本×2種	35,000	日本糖尿病学会HbA_{1c}標準化準拠
HbA_{1c}コントロールHSi	〃	〃	〃	各0.5mL用×4本×2種	17,000	

ニットーボーメディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノクエストL-I	IgG, A, M, C3, C4, CRP, Tf, Hp, α_1-AG, α_1-AT		○	2mL×6	15,600	液状コントロール
〃 L-II	〃		〃	〃	18,000	〃
〃 RF-I	リウマチ因子		〃	2mL×4	8,000	凍結乾燥品
〃 RF-II	〃		〃	〃	12,000	〃
〃 ASO-I	抗ストレプトリジンO		〃	〃	8,000	〃
〃 ASO-II	〃		〃	〃	12,000	〃
〃 ARC-I	CRP, RF, ASO		〃	〃	11,000	〃
〃 ARC-II	〃		〃	〃	15,000	〃

日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
ライフォチェック(凍結乾燥)/リクイチェック(液状) イムノアッセイプラスコントロール血清1,2,3	薬物・ホルモン・腫瘍マーカーなど86項目以上	低・中・高	○	(5mL×4)×3レベル	40,000	
〃 生化学コントロール血清1,2	生化学項目60項目以上	低・高	〃	各5mL×12	各30,000	表示値なし生化学コントロール血清1,2,3 5mL×25(各レベル別包装)
〃 〃	〃 40項目以上	〃	×	各10mL×25	各28,000	(各レベル別包装)
〃 腫瘍マーカーコントロール血清1,2	CEA, AFP, CA125, CA19-9等重要な腫瘍マーカー	〃	○	(2mL×3)×2レベル	35,000	
リクイチェック 脂質コントロール血清1,2	HDLコレステロール, コレステロール トリグリセライド, リン脂質	〃	〃	各3mL×6	各11,000	(各レベル別包装)
〃 新生児検査用コントロール血清1,2	直接・間接・総ビリルビン, カリウム, マンガン, マグネシウム等	〃	〃	各4mL×6	各25,000	〃
〃 CK/LDアイソザイムコントロール血清1,2	CK・LD・タンパク分画, CK・LDH・ビリルビン(総), CK-MB	〃	〃	各1mL×6	〃	〃
〃 循環器疾患マーカーコントロール血清1,2,3	CK-MB, LD1, トロポニンI, トロポニンT, ミオグロビン, 総CK	低・中・高	〃	(3mL×2)×3レベル	30,000	
ライフォチェック 定量用尿コントロール1,2	生化学, 特殊物質, 内分泌 薬物など60項目	正常・異常	〃	各10mL×12	各21,000	(各レベル別包装)
リクイチェック 尿検査用コントロール1,2	タンパク, グルコース, ビリルビン沈渣等	低・高	陽性・陰性	(12mL×5)×2レベル	15,000	尿試験紙・沈渣
〃 尿化学コントロール1,2	化学分析器を利用する一般的尿検査用	〃	○	10mL×12	各22,000	(各レベル別包装)
ライフォチェック 妊娠検査用コントロール血清1,2,3	hcG, ホルモン, AFP, フェリチン等 ジギトキシン	低・中・高	〃	(5mL×4)×3レベル	55,000	
〃 貧血症コントロール血清	トランスフェリン, フェリチン, ビタミンB_{12}, プレアルブミン, フリーT_4, 葉酸, TSH		〃	3mL×6	15,000	低値異常範囲に調製
〃 高血圧症マーカーコントロール1,2,3	ACTH, アルドラーゼ, コルチゾール, レニン	低・中・高	〃	(2mL×2)×3レベル	48,000	

リクイチェック イムノロジーコントロール血清1,2,3	アルブミン,ASO,CRP,IgA,IgM,RFなど免疫検査一般	〃	〃	各1mL×6	各15,000	(各レベル別包装)
〃 リウマチ因子コントロール血清1,2,3	リウマチ因子	正常・やや高値・高値	〃	各2mL×6	各30,000	〃
〃 髄液コントロール1,2	アルブミン,クロール,グルコース,IgA,IgG,IgM,乳酸,ナトリウム等		〃	各3mL×6	各16,000	〃 ヒト脳脊髄液
ライフォチェック 全血コントロール1,2,3	シクロスポリン,鉛,葉酸(赤血球中)	低・中・高	〃	各2mL×6	各15,000	(各レベル別包装)
〃 ドラッグフリー血清	薬物濃度検出レベル以下			10mL×12	48,000	検体稀釈用
〃 トキシコロジーネガティブ尿コントロール	毒物・薬物濃度検出レベル以下			〃	28,000	〃
〃 ヘモグロビン A_2コントロール1,2	ヘモグロビン A_2, F, S		○	(1mL×2)×2レベル	80,000	異常ヘモグロビン
〃 糖尿病検査コントロール1,2	ヘモグロビン A_1, A_{1c}, F 総糖化ヘモグロビン	左常・異常	〃	(0.5mL×3)×2レベル	35,000	
リクイチェック 血液学16項目用コントロール1,2,3	WBC, RBC, HCV, MCH, ヘマトクリットなど16項目	低・中・高	〃	(3mL×2)3レベル	20,000	
〃 血液学コントロールA, Aプラス, C, Cプラス	白血球5分画(機種別) さらに網赤血球含有	〃	〃	3レベル×4本	15,000 ～130,000	セット販売 レベル別売
ライフォチェック 重金属測定用尿コントロール1,2	重金属, 有機溶媒代謝物	低・高	〃	各25mL×10	各35,000	(各レベル別包装)
〃 内分泌コントロール血清1, 2	エピネフリン,ノルエピネフリン,ドーパミン	〃	〃	(10mL×6)×2レベル	60,000	
リクイチェック エタノール/アンモニアコントロール1,2	エタノール, アンモニア	低・中・高	〃	各3mL×6	各15,000	〃
ライフォチェック 凝固コントロール1,2,3	PT,APTT,フィブリノーゲン(レベル1)	〃	〃	1mL×12	〃	〃
〃 血液ガスコントロール1,2,3	pCO_2, pH, pO_2	〃	〃	各1.7mL×30	〃	〃
血液ガスプラスEコントロール1,2,3	カリウム, ナトリウム, カルシウムイオン, pCO_2, pH, pO_2等	〃	〃	〃	各18,000	過酸化レベル-血液ガスプラスEコントロール4 ¥22,000(各レベル別包装)
〃 (グルコースレベル付)	グルコース, カリウム, ナトリウム, カルシウムイオン, pCO_2, pH, pO_2等	〃	〃	〃	各30,000	(各レベル別包装)
血液ガスプラスCo-OXIMETER1,2,3	ヘモグロビン, メトヘモグロビン, カルボシキヘモグロビン, デオキシヘモグロビン等	〃	〃	〃	各20,000	〃
精度管理用プログラム UNITY-PC						外部・内部精度管理用プログラム
〃 UNITY-POST						〃
ライフォチェックイムノアッセイ TMJコントロール血清	イムノアッセイプラスコントロールにCA19-9, CA-125, CA15-3, シフラ, β_2ミクログロブリンを添加したもの	低・高	○	(3mL×3)×2レベル	39,000	
ライフォチェック 神経芽細胞腫検査用尿コントロール1,2	VMA,HVA,VLA,5-HIAA, クレアチニン	〃	〃	(10mL×5)2レベル	40,000	
ライフォチェックヘモグロビン $A1_c$リニアリティセット	ヘモグロビン $A1_c$測定の直線性の確認用	4濃度	〃	0.5mL×4レベル	25,000	
リクイチェック血清揮発性成分測定用コントロール1, 2	アセトン, エチレングリコールなどの揮発成分測定用	低・高	○	5mL×6	35,000	
ライフォチェク骨代謝マーカー尿コントロール1, 2	骨形成・代謝の尿中マーカーの測定用	〃	〃	(2mL×3)×2レベル	80,000	
リクイチェック赤血球沈降速度測定用コントロール1, 2	血沈測定用	正常・異常	〃	9mL×4	46,000	レベル別売
〃 網赤血球コントロール1・2・3	網赤血球のカウント用	低・中・高	〃	1mL×4	25,000	〃
〃 ホモシスティンコントロール1, 2	ホモシスティン測定用	低・高	〃	(1mL×3)×2レベル	30,000	
TDM EQAS(12 ANALYTES)	外部精度管理プログラム付き TDMコントロール	12種類	×	5mL×12	135,000	2週間サイクル

〃 (25 ANALYTES)	〃 〃	〃	〃	〃	210,000	〃
IMMUNOASSAY EQAS 1	〃 イムノアッセイコントロール	〃	〃	〃	136,000	〃
〃 2	〃	〃	〃	〃	155,000	〃
〃 3	〃	〃	〃	1mL×12	131,000	〃
〃 4	〃	〃	〃	〃	121,000	〃
CHEM EQAS(17 ANALYTES)	〃 生化学コントロール	〃	〃	5mL×12	137,000	〃
〃 (35 ANALYTES)	〃	〃	〃	〃	165,000	〃
リクイチェック自己免疫疾患測定用コントロール	ANA(Homogeneous, Speckled, Centromere, Nucleolar, EIA Screen), ENA EIA Screen, Anti-RNP, Anti-Sm, SSA, Anti-SSB, Anti-Jo-1, Anti-Scl-70, Anti-ds-DNA			0.5mL×2 〃 3 〃 4	近日発売	
リクイチェック ToRCH プラスコントロール	トキソプラズマ,風疹,サイトメガロウイルス,ヘルペス,ピロリ,水痘,EB,トリポネ,マバリーダム抗体など	陰性・弱陽性 陽性	○	3mL×3	30,000～ 50,000	レベル別売

日本ビオメリュー(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格 (円)	備考
ベリハイリファレンス	血液凝固検査用標準血漿	正常	○	1.0mL×10	13,000	WHO標準血漿に基づく表示値設定
MDA 用 ベリハイリファレンス	〃	〃	〃	1.2mL×20	41,600	(MDA-専用試薬)
ベリハイ 1	血液凝固検査用コントロール血漿	〃	×	1.0mL×10	10,000	
MDA 用 ベリハイ 1	〃	〃	〃	1.2mL×20	32,600	(MDA-専用試薬)
ベリハイ 2	〃	異常	〃	1.0mL×10	10,000	
MDA 用 ベリハイ 2	〃	〃	〃	1.2mL×20	32,000	(MDA-専用試薬)
ベリハイ 3	〃	〃	〃	1.0mL×10	10,000	
MDA 用 ベリハイ 3	〃	〃	〃	1.2mL×20	32,000	(MDA-専用試薬)
MDA 用 ベリカルセット	血液凝固検査用較正標準血漿	3 レベル	○	1.2mL×9	21,600	(〃)
ブラッド G. A. S. コントロール	血液ガス，電解質測定コントール物質	〃	〃	30アンプル	23,000	
〃 コントロールレベルⅣ	〃	高酸素加	〃	10アンプル	12,000	

バイエル メディカル(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格 (円)	備考
TEST point リガンドコントロール	ホルモン，腫瘍マーカー，薬物など24項目	2 濃度	○	5mL×2	29,000	

〃　ケミストリーコントロール1	生化学，電解質37項目	正常	〃	10mL×12	25,100	
〃　ケミストリーコントロール2	〃	異常	〃	〃	〃	
リガンドプラスコントロール	ホルモンなど24項目	3濃度	〃	5mL×15	50,000	
腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカ7項目	2濃度	〃	2mL×6	〃	

ベックマン・コールター(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
デシジョン レベル1	生化学一般	正常域(低レベル)	○	20mL×4		−15〜20℃保存，液状で凍結しません，安定で経済的です，プラボトル入り．
〃　2	〃	〃　(高レベル)	〃	〃		〃
〃　3	〃	異常域(高レベル)	〃	〃		〃
〃　マルチレベル	〃	レベル1，2，3	〃	20mL×2×3レベル		〃
トライアド レベル1	〃	正常域(低レベル)	×	20mL×10		〃
〃　2	〃	〃　(高レベル)	〃	〃		〃
〃　3	〃	異常域(高レベル)	〃	〃		〃
IDゾーン ノーマル	蛋白電気泳動用	正常パターン	○	2mL×6		〃
〃　アブノーマル	〃	A/G比異常パターン	〃	〃		〃
アルチメイト-D レベル1	総/直ビリルビン測定用	低濃度域	〃	3mL×10		−15〜20℃で保存，液状で凍結しません，安定で経済的です，アンプル入り．
〃　2	〃	中　〃	〃	〃		〃
〃　3	〃	高　〃	〃	〃		〃
〃　4	〃	異常高　〃	〃	〃		〃
アルチメイトビリルビンキャリブレータ C4	総ビリルビン測定用キャリブレータ	4mg/dL前後の総ビリルビンレベル	〃	2mL×10		NISTスタンダードで検定済み
〃　C8	〃	8mg/dL　〃	〃	〃		〃
〃　C20	〃	20mg/dL　〃	〃	〃		−15〜20℃で保存，液状で凍結しません，安定で経済的です，アンプル入り，NISTスタンダードで検定済み．
ビジルProteinコントロール レベル1	血漿蛋白	低濃度域	〃	5mL×4		−15〜20℃で保存，液状で凍結しません，安定で経済的です，プラボトル入り．
〃　2	〃	中　〃	〃	〃		〃
〃　3	〃	高　〃	〃	〃		〃
ビジルSerology レベル1	CRP，ASO，RF測定用	低　〃	〃	5mL×3		〃
〃　2	〃	中　〃	〃	〃		〃

〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃
ビジル TDM コントロール レベル1	ジゴキシン，てんかん薬など測定用	低 〃	〃	3mL×3		〃
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃
ビジル脂質コントロール レベル1	コレステロール，トリグリセライド，HDL-C，リポ蛋白	低 〃	〃	4mL×4		−15〜−20℃で凍結保存．2〜8℃で60日間安定．
〃 2		正常〃	〃	〃		〃
〃 3		中 〃	〃	〃		〃
〃 4		高 〃	〃	〃		〃

(株)三菱化学ヤトロン

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
イアトロセーラ CC-I	酵素，脂質，電解質，CRP，他	低濃度	○	5mL 用×10	15,000	
〃 CC-II	〃	高濃度	〃	〃	〃	
〃 IM-I	免疫・血清	正常	〃	2mL 用×4	18,400	
〃 IM-II	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 TH レベル I	凝固・線溶マーカー	正常	〃	0.5mL 用×6	12,000	
〃 TH レベル II	〃	異常	〃	〃	〃	
CON6	ホルモン，他	低・中・高濃度	〃	6mL×2×3 濃度	20,000	米国・DPC 社製

ロシュ・ダイアグノスティックス(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
HbA_{1c}コントロール N「ロシュ」0.5mL 用	HbA_{1c}	正常	○	0.5mL 用×4		
〃 「ロシュ」 〃	〃	異常	〃	〃		

和光純薬工業(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
液状コントロール血清 I ワコー	生化学	正常	○	5mL×10		

〃　　IIワコー	〃	異常	〃	〃		
コントロール血清Iワコー/B	〃	正常	〃	5mL用×10		
〃　　IIワコー/B	〃	異常	〃	〃		
LYPHOCHEK-IAプラス	ホルモン・腫瘍マーカー	3濃度	〃	5mL×12		
LYPHOCHEK 腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカー	2濃度	〃	2mL×6		
免疫コントロールIワコー	血漿蛋白	正常	〃	2mL×4		
〃　　IIワコー	〃	異常	〃	〃		
ドライヘマト 血液凝固コントロール血漿　レベル1	PT，APTT，Fib，TB	正常	〃	0.5mL用×10		
〃　　レベル2	〃	中等度異常	〃	〃		
〃　　レベル3	〃	高等度異常	〃	〃		
LYPHOCHEK 定量用尿コントロールノーマル(1)	尿	正常	〃	10mL用×12		
〃 〃　　アブノーマル(2)	〃	異常	〃	〃		

展示会社・主要製品紹介

アークレイ株式会社

〒601-8045 京都市南区東九条西明田町57

設立年月日	昭和38年9月26日
資本金	7億9,300万円
代表者名	土井 茂
従業員数	194名 ＊グループ企業全体665名
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www.arkray.co.jp
工場所在地	〒520-3306：滋賀県甲賀郡甲南町柑子梅田1480㈱アークレイファクトリー
	TEL：0748-86-6833 FAX：0748-86-6898
研究所所在地	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先	アークレイマーケティング株式会社
	TEL：075—672—6386 FAX：075—671—8289

〔展示主要商品〕

全自動尿成分定量分析装置／オーションマスター™ UM-3410

特長：尿定量項目専用の全自動分析装置。167テスト/時の高速測定，検査前処理の自動化などで検査効率の向上を実現します。

〔取扱い商品〕

○尿化学検査システム

- オーションマスター™ UM-3410
- オーションマックス™ AX-4280
- オーションジェット™ AJ-4270
- オーションミニ™ AM-4290

○糖尿病検査システム

- アダムスマスター™ DM-3310
- アダムス™A_{1c} HA-8160
- グルコースオートアンドスタット™ GA-1150
- アダムス™グルコース GA-1170

○簡易検査システム

- スポットケム™EZ SP-4430
- スポットケム™EL SE-1520
- スポットケム™BC SB-1410
- スポットケム™バイダス SV-5010
- スポットケム™IM SI－3510
- ポケットケム™BA PA-4130
- ポケットケム™UA PU-4210
- ラクテート・プロ™ LT-1710

○浸透圧検査システム

- オズモスタット™ OM-6040
- オズモステーション™ OM-6050

アイエスケー株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島4—9—12

設立年月日	昭和37年7月5日
資本金	2,000万円
代表者名	中島 洋一
従業員数	25名
E—mail	yes@isk-tokyo.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.isk-tokyo.co.jp
工場所在地	〒120-0003：足立区東和3—5—4
	TEL：03—3620—1003
研究所所在地	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門 ： 営業部
	TEL：03—3812—0191 FAX：03—3812—9284

〔展示主要商品〕

全血血小板凝集能測定装置／WBA Neo

特長：●血球成分存在のまま，in vivoにより近い条件下で測定できます。●全血0.8mLを使用し4濃度の凝集惹起物質で測定したデータから閾値を算出してグレードで測定します。

〔取扱い商品〕

- 看護用品
- 介護用品
- 集団検診用品
- 臨床検査用品

Instrumentation Laboratory アイ・エル・ジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町２―２―15 浜松町ゼネラルビル

設立年月日	平成14年７月22日
資本金	4,000万円
代表者名	田中 清一
従業員数	
E―mail	
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　クリティカルケアー
	TEL：03―3437―6350　　FAX：03―3437―6352

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEM プレミア3000

特長：電極及び流体系に触れる事なく３週間にたった１度カートリッジを交換するだけの完全なメンテナンスフリーを実現。血液ガスからラクテートまで，臨床検査の幅広いニーズにお応えします。

〔取扱い商品〕

- GEMOPL　CO―オキシメーター
- チケットプリンター
- 精度管理溶液
- 測定用カートリッジ

アイテック阪神株式会社

〒553-0001 大阪市福島区海老江１―１―31

設立年月日	昭和62年７月１日
資本金	２億円
代表者名	河原 伸吉
従業員数	447名
E―mail	
URL(ホームページ)	http//www.itec.hanshin.co.jp/
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　医療営業部
	TEL：東京：03―5677―1490／大阪：06―6456―5223 FAX：東京：03―3615―5066／大阪：06―6456―5252

〔展示主要商品〕

総合臨床検査自動化システム／MELAS-i

特長：MELAS-i は，あらゆる業務にスムーズに対応するクライアント／サーバ型総合臨床検査システムです。

〔取扱い商品〕

■総合臨床検査自動化システム「MELAS-i」
- ルーチン（生化学，血清，血液，尿一般）系システム
- 細菌検査サブシステム
- 輸血検査サブシステム
- 生理検査サブシステム

■病理診断支援システム「Path Mate」
■検査結果参照 Web サーバシステム
■健康管理システム「TOHMAS-i」
- 総合健診システム
- フォローアップシステム

株式会社アイディエス

〒862-0938 熊本市長嶺東８―14―30

設立年月日	1987年11月
資本金	5,000万円
代表者名	伊藤 照明
従業員数	161名
E―mail	ids@idsma.com
URL(ホームページ)	http://www.idsma.com
工場所在地	〒862-0938：熊本市長嶺東８―14―30
	TEL：096―380―4225
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　営業部
	TEL：096―380―4225　　FAX：096―389―2077

〔展示主要商品〕

小型検体前処理装置／IDS-2000PLUS

特長：大型システムの機能を凝縮。省スペースに検体搬入，血餅検出，栓抜き，子検体供給，分注，仕分け搬出機能を標準装備。弊社搬送システムユニットとの接続や，検体自走車との接続も可能です。

〔取扱い商品〕

●検体前処理搬送システム　IDS-880　IDS-780シリーズ
・個々の機能がユニット化された，フレキシブルな１本搬送システム。
●小型検体前処理装置　IDS-2000シリーズ
・従来の大型システム機能を凝縮した，省スペース前処理装置。
●検体前処理小型システム
・限られたスペースで，検査業務を自動化する前処理システム。
●分注チップ整列装置　AT-4000シリーズ
・検査業務の前工程である，ディスポチップ準備を自動化する装置。
●サンプルチューブ整列装置　ATF-3000シリーズ
・検査業務の前工程である，サンプルチューブ準備を自動化する装置。
●採血管ナンバリング装置　SNS シリーズ
・検体受付業務を自動化する装置。
●検体自走車　・搬送ラインの問題点である動線妨害を解決した，人の動線を確保できる搬送装置。

アジア器材株式会社

〒194-0022 町田市森野２―27―12

設立年月日	
資本金	1,000万円
代表者名	代表取締役　岩佐 和彦
従業員数	50名
E―mail	info@ajiakizai.co.jp.　パスワード ajik-10
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒229-1124：相模原市田名49
	TEL：042―762―2703
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　本社営業部
	TEL：042―723―4670　　FAX：042―728―0163

〔展示主要商品〕

試験管／オートチューブ丸底／スピッツ

特長：オートチューブ丸底及びスピッツは，自動化学会推奨サイズの試験管（13φ75mm）で，バーコードを貼りやすい設計になっております。また，少量検体にも対応可能なスピッツ・タイプもございます。

〔取扱い商品〕

○サンプルカップ類　各種
○試験管類　各種
○スポイト類　各種
○喀タン処理器　各種
○検査コップ　各種
○マイクロピペット及び自動分注機用チップ　各種
○オートクレーブ滅菌処理用バッグ
○病理用カセット（バリ取り作業が要らない）
○キャップレス試験管立
○キャップレス・サンプルカップ立

もっと素晴しい健康を
AZWELL

株式会社アズウェル

〒540-8575 大阪市中央区石町２－２－９

設立年月日	昭和14年12月24日
資本金	84億7,000万円
代表者名	横井　太
従業員数	3,898名
E－mail	info@azwell.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.azwell.co.jp/
工場所在地	〒709-4321：岡山県勝田郡勝央町太平台18
	TEL：0868－38－5341
研究所所在地	〒567-0806：茨木市庄２－24－３
	TEL：0726－22－4941　FAX：0726－24－5302
商品問合せ先	担当部門　：　診断薬営業推進部
	TEL：06－6941－0308　FAX：06－6941－4861

〔展示主要商品〕

全自動便潜血測定装置／ヘモテクト　NS-1000

特長：○便中ヒトヘモグロビンの精密測定　○自動希釈機能　○軽量，コンパクトで高速処理（200検体／時間）　○キャリーオーバー排除　○検体の随時追加が可能　○反応キュベット洗浄方式の採用で経済的

〔取扱い商品〕

○体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）
　○生化学検査用
　　脂質，酵素，電解質，含窒素検査用各種製品
　○免疫血清検査用
　○免疫学的便潜血用
　○ POCT 試薬：感染症関連製品，尿中 HCG
　○血液検査用：血色素検査用製品
○精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤，その他製品
○臨床検査機械・器具器材
　○パーソナルラボ，アッセイメイト，ヘモテクト，SR1
　○フィンピペットシステム
　○尿沈渣プレート，アズウェルディスポ製品

アボット ジャパン株式会社

〒106-8535 東京都港区六本木１－９－９

設立年月日	昭和58年９月１日（創業 昭和37年２月15日）
資本金	22億6,646万円
代表者名	ジェラルド・リマ
従業員数	約2,000名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.abbott.co.jp
工場所在地	〒270-2214：松戸市松飛台278
	TEL：047－385－2211
研究所所在地	〒270-2231：松戸市稔台344
	TEL：047－362－2177
商品問合せ先	担当部門　：　カストマーサポートセンター
	TEL：0120－031441　FAX：

〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置／
ARCHITECT アナライザー *i*2000SR（生化学分析装置との連結タイプ）

特長：CLIA 法（ケミフレックス）を採用した最新の分析装置。
１時間当たり200テストの処理能力，最大25項目のランダムアクセスなど多くの特徴を有しています。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査
「AxSYM　アナライザー」「ARCHITECT　アナライザー *i*2000」「ARCHITECT アナライザー *i*2000SR」「IMx アナライザー」「TDx アナライザー」「TDx FLx アナライザー」
■全自動総合血液学分析装置セルダインシリーズ
(1)セルダイン4000　(2)セルダイン3700　(3)セルダイン3200
(4)セルダイン1700　(5)セルダイン SMS
■簡易測定シリーズ
メディセンス　エキストラ（血糖自己測定器），イージーセンス（血糖自己測定器），ソフタック（血糖自己測定器）

ALOKA アロカ株式会社

〒181-8622 三鷹市牟礼6—22—1

設立年月日	1950年1月20日
資本金	64億円（2002年3月31日現在）
代表者名	取締役社長　吉川 義博
従業員数	1,058名（2002年3月現在）
E—mail	cle-sle2@am.aloka.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.aloka.co.jp
工場所在地	〒　：
	TEL：
研究所所在地	〒　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　医用分析システム営業部
	TEL：0422—45—5502　FAX：0422—45—7751
：	担当部門　：　バイオサイエンス部
	TEL：0422—45—5132　FAX：0422—45—7751

〔展示主要商品〕

検体前処理システム／免疫反応測定装置／バイオ関連装置

特長：検体受付時の煩雑な分注処理を自動で行う，バーコード対応の検体前処理システムを中心に展示します。これらのシステムは大規模～中小規模の検査施設の検査室向けに，自動分析装置などと組み合わせて自由に構築できる検体前処理システムで，検体処理工程の大幅な効率化に役立ちます。

更に，近年ますます研究が盛んになっているバイオテクノロジー分野関連で，新しい各種遺伝子解析・前処理装置を展示します。

〔取扱い商品〕

医用電子装置，医用分析装置，汎用分析装置

ampère 株式会社アンペール

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7—5—3 斎藤ビル

設立年月日	1971年10月7日
資本金	2億100万円
代表者名	草栁 高志
従業員数	70名
E—mail	kusanagi@ampere.co.jp　sales1@ampere.co.jp
URL(ホームページ)	www.ampere.co.jp
工場所在地	〒309-1703：茨城県西茨城郡友部町鯉淵6612—49
	TEL：0296—77—6188
研究所所在地	〒　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　営業1部
	TEL：03—5330—6801　FAX：03—5330—7027

〔展示主要商品〕

自動分注装置／TPS—384／96／24

特長：TPSシリーズは，コンパクトで使いやすいマイクロプレート自動分注装置。ESPチップを採用しており，低トルクでの自動チップ交換を実現。統合システムに組込みやすい，オープンなプラットフォームです。

〔取扱い商品〕

マルチチャンネル自動分注装置
マルチチャンネル溶媒乾燥装置

MBL 株式会社医学生物学研究所

〒460-0002 名古屋市中区丸の内３－５－10 住友商事丸の内ビル5F

設立年月日	昭和44年８月23日
資本金	22億2,860万円
代表者名	西田 克彦
従業員数	179名
E－mail	info@mbl.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.mbl.co.jp
工場所在地	〒396-0002：伊那市大字手良沢岡字大原1063－103
	TEL：0265－76－1777
研究所所在地	〒396-0002：伊那市大字手良沢岡字大原1063－103
	TEL：0265－76－1777
商品問合せ先	担当部門 ： 営業部
	TEL：052－971－2083 FAX：052－950－1073

〔展示主要商品〕

自己免疫疾患検査試薬

特長：自己免疫性甲状腺疾患検査試薬（抗サイログロブリン抗体，抗甲状腺ペルオキシターゼ抗体），抗皮膚抗体検査試薬（抗デスモグレイン１抗体，抗デスモグレイン３抗体）全自動 ELISA 測定装置（phD システム）。

〔取扱い商品〕

機器

- 細胞診　Prepstain Slide Processor, PrepMate
- 遠隔医療支援システム　Doctor T
- 全自動 ELISA 測定装置　phD システム

臨床検査試薬

- IF 法　ANA，抗 DNA，抗セントロメア，AMA/ASMA，ANCA
- ELISA 法　ANA，抗 ds/ssDNA，抗 ENA，抗セントロメア，抗ミトコンドリア M2，抗カルジオリピン，RF，ヘリコバクター・ピロリ，抗 LKM-1，MMP-3，ANCA，抗 Dsg，クラミジアトラコマチス抗体，クラミジアニューモニエ抗体，抗サイログロブリン，抗甲状腺ペルオキシターゼ
- 免疫比濁法試薬 「TAC-2，TAC-3，TAC-4，TAC-L テスト」各種血漿蛋白などに対応
- 病理染色　フローサイトメトリー用など各種

A&T 株式会社 エイアンドティー

〒220-0005 横浜市西区南幸２－20－５ 東伸24ビル

設立年月日	1978年５月25日
資本金	４億3,761万円
代表者名	松崎 駿二
従業員数	322名
E－mail	info@alice.aandt.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.aandt.co.jp/
工場所在地	〒023-1101：江刺市岩谷堂字松長根63－２
	TEL：0197－35－0005
研究所所在地	〒252-0816：藤沢市遠藤2023－１
	TEL：0466－86－8660
商品問合せ先	担当部門 ： 営業ユニット
	TEL：045－317－1253 FAX：045－317－1280

〔展示主要商品〕

検体検査自動化システム／CLINILOG
臨床検査情報システム／ CLINILAN

〔取扱い商品〕

検体検査自動化システム	：CLINILOG
総合臨床検査情報システム	：CLINILAN Series
臨床検査情報ブラウザ	：CLINIWeb
検査室管理支援システム	：CLINILAN LM
個別検体データ検証システム	：CLINIEEL Server
自動分析装置	：502X
電解質分析装置	：EA06T/R，EA07
グルコース分析装置	：GA03T/R，GA04，GA05
尿中有形成分分析装置	：UM01
血液凝固分析装置	：CG01
血球計数装置	：PENTRA シリーズ
液状安定化試薬	：ラボサーチシリーズ，オラッセイ21シリーズ，イムノティクルスオートシリーズ
血液凝固分析装置専用試薬	：ドライヘマト

※小型機器・試薬販売とカスタマサポートは㈱アットウィルが行います。

栄研化学株式会社

〒113-8408 東京都文京区本郷1—33—8

設立年月日：	昭和14年2月20日
資本金：	68億9,700万円
代表者名：	黒住 忠夫
従業員数：	668名
E—mail：	webmaster@eiken.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.eiken.co.jp
工場所在地：	〒329-0114：栃木県下都賀郡野木町大字野木143
	TEL：0280—56—1221
研究所所在地：	〒329-0114：栃木県下都賀郡野木町大字野木143
	TEL：0280—56—1221　FAX：0280-56-0443
商品問合せ先：	担当部門：営業管理部
	TEL：03—3634—2311　FAX：03—3634—2256

〔展示主要商品〕

便潜血全自動免疫化学分析装置／OC センサー neo

特長：OC センサーシリーズの新たな世紀にスタートする次世代の neo 誕生。①サンプルカップ一体型専用採便容器とノズル分注の組み合せにより，フルオートの高精度測定を実現②ディスクトップで250検体／h，多くの施設で使用可能な余裕の高速処理能力

全自動尿分析装置／US-3100R

特長：高性能のまま小型化。US シリーズのノウハウを結集した，カラー CCD センサ画像解析システム。①ノズルタイプで1時間あたり250検体の高速処理 ②外来，入院や健診，ドックなどの検体を分けずに測定可能 ③ウロペーパー（専用試験紙）の豊富なバリエーションの中から選択

全自動化学発光酵素免疫測定装置／ルミスポット LS-2000

特長：HCV 抗原の定量では，これまでにないフェムトテクノロジーの世界を構築。①20分の迅速測定 ②最大8項目のランダムアクセス ③最大100テスト/時の処理能力 ④検量線はカードで簡単登録 ⑤試薬・キャリブレータは自動溶解イージーセッティング ⑥試薬はバーコードによる残数・ロット管理 ⑦検体バーコード対応可能 ⑧検体搬送システムに接続可能

エム・シー・メディカル株式会社

〒160-8355 東京都新宿区西新宿7—5—25　西新宿木村屋ビル11F

設立年月日：	平成元年10月16日
資本金：	6億円
代表者名：	山本 一
従業員数：	152名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	www.mcmed.co.jp
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門：DSI 事業部
	TEL：03—5330—7863　FAX：03—5330—0499

〔展示主要商品〕

VES—30／WBA アナライザー

特長：VES—30：ESR 1時間値を10分，2時間値を15分で測定できます。
WBA アナライザー：全血1mL で血小板凝集能を測定できます。

〔取扱い商品〕

電解質分析装置：NOVA　CRT シリーズ
血液ガス分析装置：スタットプロファイルフォックス
血液凝固測定装置：KC シリーズ
赤血球沈降速度測定装置：ベスマティックシリーズ
血小板凝集能測定装置：WBA アナライザー，ヘマトレーサー
POC 機器：ニコカードリーダーII，ニコカード HbA_{1c}，CRP

エム・シー・メディカルは特徴のある商品を提供し，医療に貢献します。

大塚製薬株式会社

〒101-8535 東京都千代田区神田司町２－９

設立年月日：	1964年８月10日
資本金：	60億円
代表者名：	樋口 達夫
従業員数：	5,224名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.otsuka.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　くすり相談室
	TEL：03－3292－0021　　FAX：

〔展示主要商品〕

赤外分光分析装置／UBiT-IR300，
UBiT-IR 専用オートサンプラー／UBiT-AS10

特長：簡便な操作性，迅速な測定，優れたコストパフォーマンスを求めて開発された呼気中$^{13}CO_2$分析装置です。コンパクトな設計により，ベットサイドにも設置可能です。

〔取扱い商品〕

H. Pylori 感染診断試薬

①「ウリネリザ H.ピロリ抗体」
随時尿を検体として，*H. Pylori* 感染のスクリーニングが可能，血清分離や検体希釈の手間を必要とせず，検査の簡便化を実施（ELISA 法）

②「ラピラン H.ピロリ抗体」
わずかな尿を迅速に診断，20分以内で判定（イムノクロマト法）

③「ヘリコチェック」
短時間に胃生検組織中のウレアーゼ活性の有無を判定（ウレアーゼ法）

Ortho-Clinical Diagnostics
a Johnson & Johnson company

〒135-0016 東京都江東区東陽６－３－２　イースト21タワー

設立年月日：	1981年３月
資本金：	10億円
代表者名：	寺岡 国一
従業員数：	200名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.ocd.co.jp
工場所在地：	
研究所所在地：	
商品問合せ先：	担当部門：テクニカルサービスセンター TEL：0120－03－0702

〔展示主要商品〕

ビトロス950，ビトロス250，ビトロス ECi，HCV 抗原検査，オートビュー，BTD5，カセットディスペンサー CDmini

〔取扱い商品〕

乾式全自動臨床化学分析装置：ビトロス950，ビトロス250／多層フィルム式ドライケミストリー機器で，生化学の検査で使用。微量な検体量で高度なデータが得られ，ルーチン検査，緊急検査に最適。

全自動化学発光免疫測定装置：ビトロス ECi／化学発光の全自動測定機器で，癌，感染症，甲状腺疾患，婦人疾患等の検査で使用。試薬の冷蔵機能や自動在庫管理機能が付いた，検査室のあらゆる省力化を可能。

感染症検査関連製品／各種フォーマットによるＣ型肝炎ウイルスの抗体，抗原の検出をはじめ，Ｂ型肝炎，大腸菌Ｏ157など感染症の診断，治療モニタリングが可能。

全自動輸血検査システム：オートビュー／日本語ソフトによる簡単操作を実現した信頼の WalkAway 全自動システム。輸血検査に関わる幅広い項目を測定でき，高度な標準化，効率化，安全性の向上を実現。

小型自動分注器：カセットディスペンサー CDmini／バイオビューカセット（輸血検査用試薬：カラム凝集法）専用の小型分注機で，小スペースの本体にタイマー付き恒温槽を付属，１台二役の機器です。検査モードを選択するだけで，血球浮遊液作成等，全ての分注を確実に実施。夜間帯，オートビューのバックアップなど様々な運用に適し，簡単な操作でどなたでも使用が可能。

株式会社オービーシステム

〒559-0031 大阪市住之江区南港東８－２－19

設立年月日	1972年８月25日
資本金	7,475万円
代表者名	山田　孝
従業員数	384名
E－mail	CLiP@obs.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.obs.co.jp
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　システムソリューション第２本部
	TEL：06－6612－8878　　FAX：06－6612－8854

〔展示主要商品〕

臨床検査システム　臨床検査システム CLiP

特長：豊富なユーザーカスタマイズ機能
進化し続けるシステム
操作性を追求

〔取扱い商品〕

臨床検査システム	CLiP
健診システム	CLiP-MEX
Wed 結果参照システム	CLiP-Web
病理システム	CLiP-PTH
細菌システム	CLiP-BCT
画像ファイリングシステム	CLiP-AiA
生理システム	CLiP-PRS

株式会社オムコ医研

〒536-0004 大阪市城東区今福西５－６－13

設立年月日	昭和51年８月
資本金	1,000万円
代表者名	代表取締役　上滝 元
従業員数	18名
E－mail	
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　特販部一課
	TEL：06－6934－8111　　FAX：06－6934－8115

〔展示主要商品〕

リハビリ用マッサージ機／SM-8000はだし健山

特長：足の裏はツボの宝庫です。砂利道ウオーキングの効果で，血行促進が実感できます。軽くてどこでも使えます。身体全身に使えます。
ぜひ一度お試し下さい。

Ecologically Clean

ORGANO

オルガノ株式会社

〒136-8631 東京都江東区新砂1－2－8

設立年月日	昭和21年5月1日
資本金	82億2,549万円
代表者名	取締役社長　傳田　正彦
従業員数	730名
E－mail	kiki-1@organo.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.organo.co.jp/kiki/
工場所在地	〒300-2646：つくば市緑ヶ原2－3
	TEL：0298—47—8381
研究所所在地	〒335-0015：戸田市川岸1－4－9
	TEL：048—446—1881　FAX：
商品問合せ先	担当部門　：　機器事業部
	TEL：03—5635—5191　FAX：03—3699—7220

〔展示主要商品〕

キャビネットタイプ純水製造装置／ピュアライト PRO-0100

特長：RO（逆浸透膜）と純水器で構成された高品質純水製造装置です。送水ポンプや運転信号ケーブルなどのオプションを備えており，家電感覚で扱える手軽な純水製造装置です。

〔取扱い商品〕

ラボラトリ用超純水製造装置「ピューリック MX II」キャビネットタイプ純水製造装置「ピュアライト」「ミニクリア」カートリッジ純水器「Gシリーズ」RO装置「オスモクリア」自動再生純水製造装置「メガサーク」「MBAシリーズ」「ストラタG」自動再生軟水装置「SATシリーズ」「SAAシリーズ」ホモジナイザー「ストマッカー」ATP測定器「OR-100」ハンディタイプ電気伝導率計「スイケンサ」カップ式自販機用浄水器「オルガノフィルター」ミクロフィルター「ミクロポア」

その他　ろ過装置　大型超純水製造装置　排水処理装置
水処理薬品　イオン交換樹脂　など

OLYMPUS　オリンパス光学工業株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2－3－1　新宿モノリス

設立年月日	1919年（大正8年）10月12日
資本金	408億3,200万円（2002年3月末日現在）
代表者名	代表取締役社長　菊川　剛
従業員数	4,847名（2002年3月末日現在）
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.olympus.co.jp
工場所在地	〒411-0943　：　静岡県駿東郡長泉町下土狩128 三島オリンパス㈱
	TEL：0559—73—1311
研究所所在地	〒192-8512：　八王子市久保山町2－3
	TEL：0426—91—7111
商品問合せ先	担当部門　：　オリンパス光学工業㈱　分析機国内営業部
	TEL：03—3340—2237　FAX：03—6901—4916

〔展示主要商品〕

自動分析装置／AU2700

特長：処理能力と使いやすさ。生化学自動分析装置に求められる2つの条件をオールインワンの発想でクリアし，大量検体の高精度分析と高いコストパフォーマンスを両立しました。

〔取扱い商品〕

自動分析装置：AU5400，AU2700，AU640，AU400
自動電気泳動装置：AES320，AES630
自動化学発光酵素免疫分析装置：SphereLight180
輸血検査用システム：ID-Gelstation，ID-Micro Typing System
臨床検査システム：OLCOS600
OLCOS 輸血システム
OLCOS 同定支援システム
在庫管理サポート
患者照合システム：Nursing Pass

株式会社カイノス

〒113-0033 東京都文京区本郷2—38—18

設立年月日	昭和50年5月1日
資本金	8億3,141万円
代表者名	中村 利通
従業員数	140名
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www. kainos. co. jp
工場所在地	〒309-1635：笠間市稲田字弥六内3—5 笠間西工業団地
	TEL：0296—74—4811 FAX：0296-74-4871
研究所所在地	〒414-0055：伊東市岡字旭1274—7
	TEL：0557—36—9155 FAX：0557—36—9157
商品問合せ先	担当部門 ： 学術部
	TEL：03—3816—4480 FAX：03—3816—6544

〔展示主要商品〕

全自動 ELISIA システム「MAGO Plus」

特長：最大4プレート設置可能，検体希釈分注機能有り，液面感知機能有り，他

〔取扱い商品〕

1．生化学的検査試薬／アクアオートシリーズ，各種自動分析装置用カイノスオートシリーズ，1,5AG 測定試薬他
2．EIA 試薬／クオルタスシリーズ ELISA 試薬／PLATEIA カイノス
3．免疫血清検査試薬／マストイムノシステムズ（アレルゲン特異 IgE 測定試薬），ヒタザイムクラミジア Ab（クラミジアトラコマチス IgA，IgG 測定試薬）ヒタザイムクラミジアニューモニエ（ニューモニエ IgA，IgG 測定試薬）セラテスタム梅毒
4．輸血検査試薬／血液型判定用抗体及び血清（ABO，Rh，その他）クームス血清，メディウム（PeG，他），赤血球試薬，その他
5．輸血管理システム
6．遺伝子検査／NASBA 増幅試薬，コスモアイ（電動泳動），DNA チップ，RNA チップ，ULTRASPEC RNA（RNA 抽出液）
7．機器／QUARTUS Immunocube（EIA），MAGO Plus（ELISA）

協和メデックス株式会社

KYOWA

〒104-0042 東京都中央区入船2—1—1

設立年月日	昭和56年4月1日
資本金	7億5,000万円
代表者名	所 洋
従業員数	291名
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www.kyowamx.co.jp
工場所在地	〒411-0932：静岡県駿東郡長泉町南一色600—1
	TEL：055—988—6000 FAX：055—988—6005
研究所所在地	〒411-0932：静岡県駿東郡長泉町南一色600—1
	TEL：055—988—6018 FAX：055—988—6020
商品問合せ先	担当部門 ： 営業本部・営業部
	TEL：03—3297—8103 FAX：03—3297—8114

〔展示主要商品〕

全自動マイクロプレート化学発光分析装置／AP-96c（BNP・トロポニン-T）

特長：少数検体でも経済的に，高感度にラボの理想を実現するケミルミアナライザーです。

96以下の少数検体にも柔軟に対応・省スペース，コンパクト設計
・高速，高精度な全自動測定を実現・最大12試薬の設置ができ，3項目同時測定が可能・大型機並の多機能を装備しています。
BNP・トロポニン-T が専用試薬で発売中です。

〔取扱い商品〕

1．液状タイプ生化学検査試薬
脂質・含窒素等測定試薬
（TC，TG，HDL-C，LDL-C，TG，UA，UN，CRE 等）
2．自動免疫測定装置
DM-JACK，DM-JACKII（糖尿病検査項目自動分析装置）
HM-JACK（便中ヒトヘモグロビン自動分析装置）
AP960，AP96（全自動マイクロプレート EIA システム）
AP96C（全自動マイクロプレート化学発光分析装置）
3．自動免疫組織染色装置 （OptiMax・i6000）
4．BBI 社・感染症関連液状管理血清
ACCURUN シリーズ・TQS トータルクオリティシステム

KUBOTA 久保田商事株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3—29—9

設立年月日：	昭和37年3月12日
資本金：	5,000万円
代表者名：	久保田 史彦
従業員数：	
E—mail：	sales@kubotacorp.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kubotacorp.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3815—1331　　FAX：03—3814—2574

〔展示主要商品〕

多本架遠心機／モデル5930

特長：各種チューブがバイオハザード対策用のシールドカバー内で使えます。バイオハザード対策用HEPAフィルタ付き［クラスⅠ］の安全キャビネットがセットできます。(オプション)

〔取扱い商品〕

KUBOTAブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売と，ガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販売しています。遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナップで，ますます多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

取り扱い商品は，下記のとおりです。

高速冷却遠心機，大容量冷却遠心機，ハイキャパシティ遠心機，ユニバーサル冷却遠心機，テーブルトップ遠心機，パーソナル冷却遠心機，卓上小型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心機，免疫血液学用遠心機，超音波発生装置，ガラス器具用全自動洗浄機各種，その他の理化学機器

CLINIQA™ CLINIQA Corporation

1432 South Mission Road Fallbrook, CA92028

設立年月日：	1974年
資本金：	
代表者名：	Granger Haugh
従業員数：	
E—mail：	jlanuza@cliniqa.com
URL(ホームページ)：	www.cliniqa.com
工場所在地：	774North Twin Oaks Valley Road, Suite C San Marcos, CA92069
	TEL：760—744—1900　　FAX：760—941—9593
研究所所在地：	同上
	同上
商品問合せ先：	担当部門　：　Global Sales Director Controls
	TEL：800—728—5205　　FAX：760—728—2902
	日本代理店　：　㈱ベリタス営業販売部／技術営業部
	TEL：03—3593—3211　　FAX：03—3593—3216

〔展示主要商品〕

液状コントロール／キャリブレータ／Tumor Marker Control／Cardiac Marker Control

特長：1．2～8℃保存で24ケ月安定な液状品
2．マルチコントロール

〔取扱い商品〕

1．Immunology Control
　測定項目：23項目，3濃度
2．Tumor Marker Control
　測定項目：14項目，3濃度
3．Cardiac Marker Control
　測定項目：6項目，3濃度
4．hCG Control
　測定項目：hCG，3濃度
5．hs-CRP Control
　測定項目：hs-CRP，3濃度
6．Combined Apo AI/Apo B Controls
　測定項目：Apo AI/Apo B，3濃度

興和株式會社

〒460-8625 名古屋市中区錦３－６－29

設立年月日	昭和14年11月
資本金	38億4,000万円
代表者名	三輪 芳弘
従業員数	2,100名
E－mail	
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒431-2103：浜松市新都田１－３－１
	TEL：053－428－5711　FAX：053－428－5719
研究所所在地	〒305-0856：つくば市観音台１－25－５
	TEL：0298－36－4611　FAX：0298－36－4609
商品問合せ先	担当部門　：　生体機器営業課
	TEL：03－3279－7514　FAX：03－3279－7541

〔展示主要商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置／PA-20

特長：1．高感度測定で濁度法の約100倍の測定が可能。
2．活性化血小板の自然凝集の測定が可能。
3．粒度分布凝集塊の大きさと数が測定できる。
小凝集，中凝集，大凝集塊形成過程が客観的にわかります。
4．従来の濁度方式も同時測定。

〔取扱い商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置　PA-200
高感度混入白血球計数装置　LD-2000 system
８チャンネル多機能血小板凝集自動測定装置
細胞マイクロレオロジー測定装置　MCFAN

株式会社コスモテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町１－３－９

設立年月日	昭和62年12月10日
資本金	1,000万円
代表者名	前田 義雄
従業員数	13名
E－mail	info@cosmo-t.com
URL(ホームページ)	http://www.cosmo-t.com/
工場所在地	〒　：
	TEL：
研究所所在地	〒　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　営業部
	TEL：03－5687－5787　FAX：03－5687－5980

〔展示主要商品〕

ビステック203 II／ピペッティング方式分注・希釈・攪拌装置／BISTEQUE203 II

特長：384/96ウェルプレートを使用した検査，研究で行われる分注，希釈，攪拌，トランスファーといった作業を１台で行います。ディスポーザブルチップ自動交換方式により，キャリーオーバー，コンタミネーションの心配はありません。クリーンベンチ内にも設置可能です。

〔取扱い商品〕

■1536/384/96ウェル同時分注・希釈自動化装置 ―― H T Station 500II
■1536/384/96ウェル同時自動分注装置 ―― H T Station 1200
■チップ自動交換方式1536/384/96ウェル同時自動分注装置 ―― H T Station 800
■チップ自動交換方式1536/384/96ウェル同時自動分注装置 ―― H T Station 500
■ピペッティング方式分注・希釈・攪拌装置 ―― BISTEQUE 203II
■1536/384/96ウェル対応1ch ピッキング装置 ―― ピッキング装置
■1536/384ウェル連続分注装置 ―― H T Station 102
■質量分析前処理装置 ―― Single Station 107
■自動連続処理プレートシーラー ―― H T Sealer 2100
■384/96ウェル対応プレートウォッシャー ―― CELTEQUE 802
■自動高速処理用スタッカー ―― H T Stacker 250

小林記録紙株式会社

〒448-8656 刈谷市小垣江町北高根115

設立年月日	昭和21年4月1日
資本金	4億5,000万円
代表者名	小林 祥浩
従業員数	1,600名
E—mail	iryou@kobayashikk.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.kobayashikk.co.jp/iryo/IRYO_MAIN.htm
工場所在地	〒448-8656：刈谷市小垣江町北高根115
	TEL：0566—26—5310
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　医療事業部
	TEL：052—222—3121　　FAX：052—222—7135

〔展示主要商品〕

採血業務支援システム／i・pres

特長：採血管オートラベラーに採血台をドッキング。新しいコンセプトの採血管準備装置です。採血業務をより正確・安全に行うための仕組みを追求した採血作業者や患者さんにとってやさしいシステムをご提案します。

〔取扱い商品〕

1．システム開発
- 臨床検査システム　SIMS
- 検査報告照会システム　TRAS
- バーコードラベル発行システム
- 移動健診支援システム
- EAN128バーコード発行システム

2．臨床検査自動化システム対応各種装置
- 検体ラベルプリンター　KPシリーズ，ipシリーズ
- 検体ラベル自動貼り付け装置　VLシリーズ
- 採血業務支援システム　i・pres

3．医療用コンピュータ用紙，OMR／OCR用紙，検体ラベル各種，各種カード，医療用記録紙

株式会社サトー

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4—9—10

設立年月日	昭和26年5月16日
資本金	47億5,370万円
代表者名	藤田 東久夫
従業員数	2,189名（2003年3月連結）
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www.sato.co.jp
工場所在地	〒024-0102：北上市北工業団地1—25
	TEL：0197—66—4801
研究所所在地	〒330-0852：さいたま市大宮区大成町1—207
	TEL：048—663—8116　　FAX：048—651—6662
商品問合せ先	担当部門　：　営業本部営業部
	TEL：03—5449—4410　　FAX：03—5449—4464

〔展示主要商品〕

4インチ・ラベルプリンタ／L' esprit T 8／12，R 8／12シリーズ

特長：バーコードによる医療過誤防止システムをはじめ，医療現場の安心を支える各種バーコードシステムを出展します。またEAN-128コード活用による医療材料物流効率化支援システム，および院内オーダーリングシステムに対応した各種業務（受付，検体，処方箋，カルテ管理等）の省力化・効率化支援システムを出展します。

〔取扱い商品〕
- バーコードによる医療過誤防止システム
- 国際標準バーコードの医療材料・医薬品管理システム
- 各種オーダーラベル発行システム
- 薬袋発行効率化支援システム
- クリニック予約システム
- 各種シール製品

三光純薬株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1—10—6

設立年月日：	1954年5月26日
資本金：	52億6,248万円
代表者名：	代表取締役社長 神保 正男
従業員数：	236名
E—mail：	webmaster@sanko-junyaku.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.sanko-junyaku.co.jp/
工場所在地：	〒300-1155：茨城県稲敷郡阿見町吉原3862—12
	TEL：0298—89—2241
研究所所在地：	〒300-1155：茨城県稲敷郡阿見町吉原3862—12
	TEL：0298—89—2241　FAX：0298—89—2104
商品問合せ先：	担当部門　：　営業企画部
	TEL：03—3863—3271　FAX：03—3864—5644

〔展示主要商品〕

電気化学発光免疫測定装置／ピコルミ8220

特長：電気化学発光を原理として用いた，免疫自動測定装置

〈取扱い商品〉

〈試薬〉 ピコルミPIVKA-II，エイテストPIVKA-II，ピコルミKL-6，エイテストKL-6，ピコルミCA・RF，エイテストCA・RF，クリニサーチCA・RF，エイテストIgGRF，キャプチャーRレディー・スクリーン，キャプチャーRレディ-ID，バイオクリット-HBs，バイオクリット-抗HBs，トロンボテストオーレン，ヘパプラスチンテスト，サンテスト液状シリーズ，アルブシュア，ネオエスト，チェックラインヘモ，EXAリキッドコントロール，ラナTPオート，セパジーンシリーズ，正常ヒト細胞シリーズ，FBS，エスクロンシリーズ，ディフコ培地

〈機器・器具〉 ピコルミ8220，SGRシリーズ，フォトBHメーターVI型

シオノギ製薬

〒541-0045 大阪市中央区道修町3—1—8

設立年月日：	大正8年6月5日
資本金：	212億7,924万円
代表者名：	代表取締役社長　塩野 元三
従業員数：	5,582名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒566-0022：摂津市三島2—5—1
	TEL：06—6381—7343
研究所所在地：	〒553-0002：大阪市福島区鷺洲5—12—4
	TEL：06—6458—5861
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬部
	TEL：06—6381—7343(内)5535FAX：06—6381—4281

〔展示主要商品〕

全自動アレルギー検査装置／ルミワードイムノアッセイシステム

特長：化学発光免疫測定法を用いた全自動ランダムアクセスの特異IgE・総IgE同時測定検査装置。25μL以下の少ない検体量で約1時間で測定。特異IgEの検出感度は0.06IU/mLと高感度・高精度の結果が得られる。

株式会社システムバイオティックス

〒230-0046 横浜市鶴見区小野町75－1　リーディングベンチャープラザ5F

設立年月日：	平13年9月21日
資本金：	1,000万円
代表者名：	桐栄 純一
従業員数：	5名
E－mail：	info@systembiotics.com
URL(ホームページ)：	http://www.systembiotics.com
工場所在地：	〒228-0821：相模原市相模台6－25－1－103
	TEL：042－745－7351　FAX：042－745－7329
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：　FAX：

〔展示主要商品〕

12連自動分注装置／PlatePrep 400

特長：12連の分注装置で，マイクロプレートばかりでなくマイクロチューブ，スライドグラスへの分注も可能です。ヘッドはチップに合わせて変更可能で特注にも応じます・専用ソフトで各種キットに柔軟に対応します。

ラベル，ラベルソフト／SampleLabel

特長：市販のインクジェットプリンターで必要な文字を必要な色でプリントできる簡易ラベリングソフトです。ラベルの種類も豊富でいろいろな容器への自由なラベリングが可能です。特注にも応じます。

〔取扱い商品〕

自動コロニーピックアップ装置	TipPick300
自動タンパク質精製装置	ProteomePrep700
DNA精製装置	DNAPlatePrep600
プレート用シール	HTSheet
バーコード用ラベル	BarCodeLabel

Sysmex　シスメックス株式会社

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1

設立年月日：	昭和43年2月20日
資本金：	55億872万円
代表者名：	代表取締役社長　家次　恒
従業員数：	1,610名（2002年5月31日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sysmex.co.jp
工場所在地：	〒675-0011　：加古川市野口町北野314－2　〒675-1322 小野市匠台17
	TEL：0794－24－1171(加古川工場)　TEL 0794-62-7001(小野工場)
研究所所在地：	〒651-2271：神戸市西区高塚台4－4－4
	TEL：078－991－1911　FAX：078－991－1917
商品問合せ先：	担当部門　：　営業推進本部
	TEL：078－265－0513　FAX：078－265－0529

〔展示主要商品〕

総合血液学検査システム／HSトランスポーテーションシステム

特長：血球計数，白血球分類，網赤血球・有核赤血球測定，塗抹標本の作製染色をオーダーに従って連続で自動処理できる総合的な血液検査システムであり，血液検査の効率化に有用である。

〔取扱い商品〕

総合血液学検査システム
多項目自動血球分析装置
自動網赤血球測定装置
多項目自動血球計数装置・自動血球計数装置
全自動尿中有形成分分析装置・便潜血分析装置
全自動血液凝固測定装置・血液凝固・線溶関連試薬
免疫凝集測定装置・酵素免疫測定装置・免疫試薬
臨床検査情報システム
血液検査用データ処理装置
血液細胞画像ファイリングシステム
血液ガス分析装置・電解質分析装置
輸血検査関連試薬・血清学関連試薬・生化学関連試薬

株式会社 常光

〒113-0033 東京都文京区本郷3—19—4

設立年月日	昭和23年12月9日
資本金	1億5,000万円
代表者名	服部 精一
従業員数	320名
E—mail	mail@jokoh.com
URL(ホームページ)	http://www.jokoh.com
工場所在地	〒439-0037：静岡県小笠郡菊川町西方154
	TEL：0537—36—1577
研究所所在地	〒213-8588：川崎市高津区宇奈良731—1
	TEL：044—811—9211　FAX：044－811－9209
商品問合せ先	担当部門　：　第一営業サービス本部
	TEL：03—3815—1717　FAX：03—3815—1759

〔展示主要商品〕

透析液／血液測定用電解質分析装置　EX—D　新登場

特長：新開発の透析液用校正液と高性能電極により，これまで難しかった調製済透析液やA液，B液の測定がきちっと出来るようになりました。校正は2週間に1回でOK。これまでより，ランニングコストが安くなりました。20検体連続測定可能なオートサンプラーを内蔵しています。また，採血管よりの直接測定もOK。

〔取扱い商品〕

＊全自動電気泳動装置：検体自動分注システム CTE-9000，CTE-780
＊全自動アイソザイム，蛋白分画測定装置：ALC-760
＊デンシトメータ：CR-20
＊血液ガス分析装置：JBA-アルファ，JBA-200，携帯型アーマ2000
＊電解質分析装置：Na，K，Cl　EX-2000，EX-Z
＊透析液分析装置：EX-D
＊自動血沈計：モニター12，モニター20，モニター40，モニター100(レート変法)
＊全自動グリコヘモグロビン $A1_c$ 分析装置：HS-12
＊リポ蛋白分画精密測定試薬キット：リポフォー
＊アルフォス分画精密測定試薬キット：アルフォー
＊アルツハイマー診断システム：ディメンション

住友製薬バイオメディカル株式会社

〒541-0044 大阪市中央区伏見町2—1—1

設立年月日	平成13年4月1日
資本金	4億8,000万円
代表者名	村野　敦
従業員数	50名
E—mail	info@ssbm.co.jp
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒669-1339：三田市テクノパーク9—1
	TEL：0795—68—3539
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　営業部学術グループ
	TEL：06—6229—5645/03—5159—2550 FAX：06—6228—6070/03—5159—2947

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

骨吸収マーカー　オステオリンクス「DPD」
骨吸収マーカー　オステオリンクス「BAP」
コントロール血清　アクエック—10，アクエック—タイプII
イムノクロマト法によるA型及びB型インフルエンザウイルス抗原検出用試薬　ラピッドビュー　インフルエンザA/B
副甲状腺ホルモン測定試薬　Whole PTH「住友」
Intact PTH IRMA〔S〕

生化学工業株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町２－１－５

設立年月日	昭和22年６月２日
資本金	38億4,040万円
代表者名	榎　史朗
従業員数	470名
E－mail	lal@seikagaku.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.seikagaku.co.jp/
工場所在地	〒380-0001：高萩市大字赤浜字松久保258－５
	TEL：0293－23－1181
研究所所在地	〒207-0021：東大和市立野３－1253
	TEL：042－563－5811
商品問合せ先	担当部門　：　機能化学品事業部 LAL ビジネスユニット
	TEL：03－3270－0536　　FAX：03－3242－5335

〔展示主要商品〕

血漿及び血清(１→３)-β-D-グルカン測定用キット／ファンギテックGテスト MK

特長：深在性真菌感染症の迅速かつ高感度の検査が可能

〔取扱い商品〕

■ 血漿及び血清中のβ-グルカン測定用キット
　ファンギテックGテスト MK
　ファンギテックGテスト TE

■ エンドトキシン
　エンドスペック ES テスト MK
　エンドスペック ES テスト TE

株式会社セントラル科学貿易

〒111-0052 東京都台東区柳橋１－８－１

設立年月日	昭和42年６月20日
資本金	１億円
代表者名	代表取締役　下田 孝一郎
従業員数	
E－mail	tokyo@cscjp.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.cscjp.co.jp
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　営業部
	TEL：03－5820－1509　　FAX：03－5820－1515

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

○全自動電解質分析装置　PVA-EX II
○ APEC　グルコースアナライザー
○ダイヤグルカ　グルコースアナライザー
○マルチドロップ384/S60スタッカー
○ M384アトラスウォッシャー/タイタンスタッカー
○高精度分析装置　Digiflex TP（アベルケンダル用）
○空中浮遊菌採取装置　RCS エアーサンプラー
○小型ヘマトクリット用遠心機　HemataSTAT II
○高速遠心機　STAT-60
○プレートリーダー，ウォッシャー
○細胞破砕システム　ポリトロン，ブランソン
○微量送液ポンプシステム
○ランセット
○ディスポ製品（ストックウェル，コパン社）

第一化学薬品株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋３－３－15

設立年月日	昭和22年７月10日
資本金	12億7,525万円
代表者名	橋浦 十八
従業員数	647名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.kensa-daiichi.jp/kensa/
工場所在地	〒301-0852：竜ヶ崎市向陽台３－３－１
	TEL：0297—62—7551
研究所所在地	〒301-0852：竜ヶ崎市向陽台３－３－１
	TEL：0297—62—7551
商品問合せ先	担当部門　：　学術企画部　学術担当
	TEL：03—3272—0681　　FAX：03—3281—0510

〔展示主要商品〕

脂質関連測定試薬／コレステスト NHDL，コレステスト LDL，コレステスト CHO，コレステスト TG

特長：高乳ビ検体でも測定できます。

〔取扱い商品〕

○脂質関連試薬：コレステスト N　HDL，LDL，CHO，アポ A-Ⅰ，A-Ⅱ，B，C-Ⅱ，C-Ⅲ，E，Lp(a)，LCAT　他
○生化自動分析用試薬：ピュアオート S，(TG，GLU，AMY，CRP，CHO，CRE)
○凝固線溶測定項目：(測定装置) コアグレックス800
(試薬) ナノピア P-FDP　テストチーム S　AT Ⅲ，APL，PLG，プロテイン C　他
○ TDM 関連試薬：セディア，ディーアールアイ
(テオフィリン，ジゴキシン，フェニトイン
フェノバルビタール，カルバマゼピン，バルプロ酸)
○感染症関連試薬：ピロリセットドライ，ラピッドテスタローアデノ
○消化器関連試薬：クォンティプレックス HCV-RNA，HBV-DNA，パナッセイⅣ・C，アクアオートカイノス TBA 試薬
○糖尿病関連試薬：ルシカ GA
○リウマチ関連試薬：パナクリア MMP-3「プレート」

株式会社第一器業

〒114-0024 東京都北区西ヶ原３－25－１

設立年月日	昭和47年６月15日
資本金	2,000万円
代表者名	片桐 孝子
従業員数	18名
E－mail	dai-1@bd5.so-net.ne.jp
URL(ホームページ)	http://www.dai-1.co.jp/
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒300-3261：つくば市花畑１－15—19
	TEL：0298—64—4311　　FAX：0298—77—1262
商品問合せ先	担当部門　：　本社／北区西ヶ原３－25－１
	TEL：03—3918—5496　　FAX：03—3917—6062

〔展示主要商品〕

マルチ人工タンパク質／リピジュア「BL シリーズ」

特長：①リン脂質系高分子を原料としている完全合成のマルチ人工蛋白質です。
②分子量及び親水/疎水の比率を自由にコントロールできます。
③ロット間差や交差反応がなく，変性しません。

〔取扱い商品〕

- 「CRYSTAL 1」バーコード・レーザープリンティングシステム
レーザービームによりインクを吹きとばすという発想によりスライドガラスに消えないバーコードが従来からの問題点をすべて解消しました。どんな溶剤にもどんな染色液にも使用可能です。連続的に連番バーコードや日付などをプリントするシステムです。
- 「CRYSTAL 1」バーコード・スキャンニングシステム
バーコード自動読込後必要情報の自動印字及びマッペ間の仕分けやキャリアへの収納を行うシステムです。また，ハンディーターミナルとパソコンの連携により迅速かつ正確な検索機能がプラスされました。

DAISEN SANGYO 大扇産業株式会社

〒534-0021 大阪市都島区都島本通1—15—17

設立年月日	1963年
資本金	8,000万円
代表者名	代表取締役　合田 昭男
従業員数	24名
E—mail	daisentk@dc.mbn.or.jp
URL(ホームページ)	http://www.daisen-sangyo.co.jp.
工場所在地	〒930-0401：富山県中新川郡上市町広野新269
	TEL：0764—73—0336
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　メディカル事業部
	TEL：03—3985—3466　　FAX：03—3985—3477

〔展示主要商品〕

自動開栓装置／ARD シリーズ

特長：ゴム栓タイプ真空採血管のゴム栓を自動で開栓します。開栓時の血清等の飛散や検体間のコンタミを防止します。

〔取扱い商品〕

〈検体前処理システム〉

○自動分注装置（LTA-III）

○自動開栓装置（APN シリーズ）　フィルム栓用（卓上型含む）

（ARD シリーズ）　ゴム栓用・プラスチック栓（ヘモガード）用（卓上型を含む）

○自動検体シーラー（ATS100）

○検体自動仕分装置（HANDSOME／ハンサム）

〈成形品〉

○分注用ロングチューブ

○シーラー用テープ

○ピペッティングチップ（200μ，1000μ，3500μ）

○検査用各種チューブ

DakoCytomation ダコ・サイトメーション株式会社

〒600-8493 京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル

設立年月日	1987年9月16日
資本金	8,000万円
代表者名	代表取締役社長 小畑 勝利
従業員数	54名（2003年4月現在）
E—mail	cs-dakoj@mail.dako.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.dakocytomation.jp/
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒600-8493：京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル
	TEL：075—211—3655　　FAX：075—211—1755
商品問合せ先	担当部門　：　特販部
	TEL：03—5256—6436　　FAX：03—5256—6431

〔展示主要商品〕

免疫組織染色用自動染色装置，各種ポリクローナル／モノクローナル抗体，OEM ・バルク用免疫学診断用及び研究用試薬

〔取扱い商品〕

- 免疫組織化学染色用機器
- 免疫組織化学染色用試薬（EPOS，ENVISION システム，LSAB 法，CSA 法等関連試薬）
- OEM 及びバルク抗体　●フローサイトメトリー関連試薬
- 遺伝子関連試薬（PNA プローブ，CSA-ISH 法，アポトーシス関連，サザンブロッティング法）
- ELISA 用キット，コントロール血清及びキャリブレーター類
- 比濁法及びネフェロメトリー関連試薬及び特異抗体
- 各種自動分析機用の免疫関連試薬
- グレーバー・ウィリアムス法，免疫沈降法，ロケット電気泳動法及び免疫固定法等関連試薬及び特異抗体

T.CHATANI & CO.,LTD. 茶谷産業株式会社

〒541-0052 大阪市中央区安土町１―８―15 野村不動産大阪ビル

設立年月日	1919年
資本金	１億円
代表者名	茶谷康弘
従業員数	400名
E―mail	bio-tky@chatani.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.bio.chatani.com
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　東京営業所　バイオメディカル事業部
	TEL：03―3478―6121　　FAX：03―3478―5323

〔展示主要商品〕

携帯型簡易血液化学分析器／Piccolo（ピッコロ）

特長：6.9kgの軽量コンパクトタイプで僅0.1mLの全血で15分以内最大15項目測定可能である。同製品の測定精度は現在一般的になされているクリニカルラボラトリーと同程度で迅速な測定が特徴。

〔取扱い商品〕

QRS社ポータブル心電図測定器（医師用）
QRS社ポータブル呼吸機能測定器

デイド ベーリング株式会社　DADE BEHRING

〒164-8603 東京都中野区本町２―46―１　中野坂上サンブライトツイン11F

設立年月日	平成６年９月22日（合併は平成10年４月１日）
資本金	47億5,800万円
代表者名	代表取締役社長　坂野 弘太郎
従業員数	約280名
E―mail	
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　お客様支援センター
	TEL：0120―543―455　　FAX：0120―506―155

〔展示主要商品〕

デイドベーリング株式会社は，免疫化学，生化学，細菌，血中薬物，感染症と各分野で高い評価をいただいており，広い分野をカバーする総合サービスを目指します。

〔取扱い商品〕

全自動細菌検査システム：マイクロスキャン WalkAway 96 SI
マイクロスキャン WalkAway 40 SI
マイクロスキャン autoSCAN-4
全自動免疫化学分析システム：BN プロスペック
ベーリング ネフェロメータII
臨床化学自動分析システム：ディメンション Xpand
ディメンション R_xL
ディメンション R_xL Max
ディメンション AR_x
自動免疫蛍光測定システム：ストラタス CS
全自動 ELISA 分析システム：ベーリング ELISA プロセッサーIII
自動化学発光酵素免疫分析装置：スフィアライト180

株式会社テクノメディカ

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台５－５－１

設立年月日	昭和62年９月８日
資本金	１億9,600万円
代表者名	實吉 繁幸
従業員数	135名
E－mail	info@TechnoMedica.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.TechnoMedica.co.jp
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒224-0041：横浜市都筑区仲町台５－４－９
	TEL：045—948—5901
商品問合せ先	担当部門　：　営業（直通）045—948—1984
	TEL：045—948—1961　　FAX：045—948—1962

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC・ROBO-585

特長：採血情報に基づき自動的に採血管を選択してラベルを印刷，貼りつけして１患者ごとにトレイに準備できます。高速処理能力，豊富なオプションがあり，シェアは80%あります。

〔取扱い商品〕

オールインワン型採血管準備システム；BC・ROBO-585
ネットワーク型自動採血管準備装置；BC・ROBO-580
小型採血管準備システム；BC・ROBO-mini40
採血台搬送整理番号表示システム　自動検体仕分け装置；SS・ROBO-800
ハルンカップラベラ；HARN-570 自動尿分取装置；UA・ROBO-600A/B
一般検査前処理システム；UA・LABELER-1　PIS 患者認識システム
全自動血液ガス分析装置；GASTAT-3
全自動血液ガス電解質分析装置；GASTAT-5
全自動 pH／血液ガス分析装置；GASTAT-600，GASTAT-601，GASTAT-602i
電解質分析装置；STAX-2
ポータブルハンディ型血液分析器；GASTAT-mini
自動血沈測定装置；ESR-quick 15　赤血球沈降速度測定機 ESR-6000BP

生研 デンカ生研株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３－４－２　秀和第一茅場町ビル

設立年月日	昭和25年２月11日
資本金	10億円
代表者名	代表取締役社長 石井 正司
従業員数	341名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.denka-seiken.co.jp
工場所在地	〒959-1836：五泉市南本町１－２－２
	TEL：0250—43—4111
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　学術営業推進部
	TEL：03—3669—9091　　FAX：03—3664—1005

〔展示主要商品〕

インフルA・B-クイック「生研」

特長：１．A型又はBのインフルエンザ抗原の鑑別検出が可能です。
２．操作が簡便で，約15分間で判定ができます。
３．モノクローナル抗体使用により，高い特異性を有します。

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」
TP，ALB，CRE-S，UA-S，GLU-S，TG(S)，T-CHO(S)，HDL-EX，PL-S，Mg-S，IP-S，GOT-JS，GPT-JS，LD-JS，ALP-JS，γ-GT(IF)-S，CK-JS，AMY-S
ラテックス試薬シリーズ
CRP，RF，ASO，AFP，BMG，Mb，IgE，FER，Lp(a)，αMi
TIA 試薬シリーズ
IgG，IgA，IgM，C3，C4，U-ALB

TOKIBO CO.,LTD. 株式会社 東機貿

〒106-8655 東京都港区東麻布２－３－４

設立年月日	1955年６月９日
資本金	9,180万円
代表者名	佐多 保彦
従業員数	500名
E－mail	hiroaki.obata@tokibo.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.tokibo.co.jp
工場所在地	
研究所所在地	〒140-0012：品川区勝島１－５－21　東神倉庫内
(技術センター)	TEL：03－5762－3005　FAX：03－5762－3035
商品問合せ先	担当部門　：　第１営業部
	TEL：03－5461－3031　FAX：03－5461－3041

〔展示主要商品〕

シンセシス血液ガス分析装置／IL シンセシス25

特長：血液ガス・電解質・基質・CO－オキシメーター値を一台で同時測定・ディスポ電極装着でメンテナンスフリー・ワイドカラー液晶画面で分りやすく操作手順を表示・使いやすさが基本の設計を実現

東京航空計器株式会社

〒201-8555 東京都狛江市和泉本町１－35－１

設立年月日	昭和12年２月17日
資本金	５億円
代表者名	和田 篤武
従業員数	約650名
E－mail	tkk3u@jb3.so-net.ne.jp
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒201-8555：狛江市和泉町１－35－１
	TEL：03－3489－1130
研究所所在地	〒　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　産業事業部　営業部
	TEL：03－3489－1130　FAX：03－3489－1182

〔展示主要商品〕

微生物分類同定装置／抗酸菌鏡検装置

特長：抗酸菌検査における目視検査を自動化し，優れた画像判定機能で熟練度による個人差を解消，更なる信頼性向上へ大きく貢献できる装置です。

①抗酸菌を正確且つ瞬時にキャッチ。
②高度なカラー処理で正確な検出結果。
③省スペース且つワンタッチ操作。
④検査像の保存と表示の機能。
⑤「検出結果一覧」自動作成。
⑥検出位置再現機能で目視再確認が容易。

〔取扱い商品〕

医用電子装置，医用分析装置，汎用分析装置

東京貿易株式会社

〒104-8510 東京都中央区八丁堀２－13－８

設立年月日	昭和22年10月30日
資本金	５億１千万円
代表者名	取締役社長　立野 嘉之
従業員数	281名
E－mail	uehiro@tokyo-boeki.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.tokyo-boeki.co.jp
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒197-0815：あきる野市二宮東２－３－63
	TEL：042－550－7271
商品問合せ先	担当部門　：　医療プロジェクト室
	TEL：03－3555－7353　　FAX：03－3555－7271

〔展示主要商品〕

多項目自動分析装置／プレステージ24 i

特長：①パソコン採用で操作が簡単　②生化学，免疫反応に適した反応管と攪拌を採用　③反応管洗浄使用によりランニングコストを軽減

〔取扱い商品〕

臨床自動分析装置　TMS-1024，1024H
240T/H，２試薬系で24項目同時測定，登録可能数60
検体容器：標準・微量カップ以外に真空採血管5m*L* 設置可能

臨床自動分析装置　プレステージ24 i
240T/H（ISE付で400T/H），24項目（オプションで36＋ISE ３計39）
検体容器：標準・微量カップ以外に真空採血管５，７，10m*L* 設置可能
検体／試薬IDバーコードリーダ，ISE（Na，K，Cl）オプション

TOSHIBA 東芝ラボメディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷３－40－11

設立年月日	平成９年12月１日
資本金	１億円
代表者名	笠井 康平
従業員数	
E－mail	
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：
	TEL：　　FAX：

〔展示主要商品〕

自動分析装置／TBA-200FR NEO，TBA-120FR，Accute，C8000

特長：同時100項目を最大2000テスト／時で高速処理。ロスのない試薬ピペッティング方式の操作性の良いデュアルサンプラーシステム。ランニングコストを低減するフレックスレート機能。

〔取扱い商品〕

自動分析装置　TBA-200FR NEO，TBA-120FR，Accute，C8000
検体前処理搬送システム
臨床検査試薬

東ソー株式会社

TOSOH

〒105-8623 東京都港区芝３－８－２

設立年月日：	昭和10年２月11日
資本金：	406億円
代表者名：	代表取締役社長 土屋 隆
従業員数：	2,493名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.tosoh.co.jp
工場所在地：	〒746-8501：周南市開成町4560
(他２工場)	TEL：0834－63－9800
研究所所在地：	〒252-1123：綾瀬市早川2743－１
(他２研究所)	TEL：0467－77－2211
商品問合せ先：	担当部門 ： 科学計測事業部 営業部
	TEL：03－5427－5181 FAX：03－5427－5220

〔展示主要商品〕

全自動 EIA 装置 AIA-1800，自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G7

特長：小型，高精度で診療前検査をはじめ迅速測定に最適。

〔取扱い商品〕

①全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-600Ⅱ）
②全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-1800）
③全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-21）
④酵素免疫測定用試薬（Eテスト「TOSOH」Ⅱシリーズ）
⑤東ソー自動グリコヘモグロビン分析計（HLC-723G7）
⑥東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC-725CA Ⅱ）
⑦自動 VMA/HVA 分析計（HLC-726VMA Ⅲ）

東洋器材科学株式会社

TOYO KIZAI

〒335-0003 蕨市南町４－７－10

設立年月日：	昭和47年12月１日
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役社長 佐藤 英輔
従業員数：	45名
E－mail：	tykkizai@toyo-kizai.co.jp
URL(ホームページ)：	http//www.toyo-kizai.co.jp
工場所在地：	〒335-0003：蕨市南町４－７－10
	TEL：048－447－3381
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：048－447－3381 FAX：048－431－4685

〔展示主要商品〕

エコ採便管

特長：環境にやさしく，軽量，コンパクトな採便管です。自動塗抹機も使えますので作業の自動化がはかれます。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品

・スピッツ
・スポイト
・チューブ
・シャーレ
・サンプルカップ
・採便管
・カップ類
・採水瓶
・スワブ

TOYOBO 東洋紡 東洋紡績株式会社

〒530-8230 大阪市北区堂島浜２－２－８

設立年月日	1914年６月１日
資本金	433億円
代表者名	取締役社長　津村 準二
従業員数	4,000名
E－mail	techoskoobio.toyobo.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.toyobo.co.jp
工場所在地	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7641
研究所所在地	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7643
商品問合せ先	担当部門　：　バイオケミカル事業部・診断システムグループ
	TEL：06－6348－3335　　FAX：06－6348－3833

〔展示主要商品〕

尿中有形成分分析装置：U-SCANNER

特長：1)検体分取から画像解析判定まで全てを自動化いたしました。2) Auto Focus機能装備の顕微鏡画像を高精度画像解析プログラムで解析します。3)赤血球（変形赤血球）・白血球・上皮細胞（偏平，移行，尿細管）円柱（硝子，ろう様，顆粒）・細菌・膿尿・無晶性塩類と充実した測定項目です。4)撮像画像を保存できますので，再検目視が可能となり，低再検率化に成功しました。以上の性能を有する“U-SCANNER”は尿検査の効率化に有用です。

〔取扱い商品〕

・尿中有形成分分析装置：U-SCANNER
・ニコカード　HbA_{1c}
・ニコカード　CRP

長瀬産業株式会社

〒103-8355 東京都中央区日本橋小舟町５－１

設立年月日	大正６年12月９日
資本金	96億9,970万円
代表者名	長瀬　洋
従業員数	約1,100名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www. nagase. co. jp/
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒651－2241：神戸市西区室谷２－２－３
	TEL：078－992－3162　　FAX：078－992－1050
商品問合せ先	担当部門　：　ヘルスケア事業部，メディカルケア製品部
	TEL：03－3665－3174，3288，3208 FAX：03－3665－3723，3752

〔展示主要商品〕

総合感染症コントロールシステム

特長：感染症総合情報処理システム及び感染症検査機器システムや病院総合医療情報システムの連携によって，感染症をリアルタイムにモニタリングし，早期診断，適正治療，院内感染の防止及び教育，研究を支援します。

〔取扱い商品〕

１．自動細菌検査システム MIC2000自動培養ストッカー　　IS60
２．MIC 画像処理判定システム：IA20MIC
３．総合感染症コントロールシステム
４．臨床検査情報処理システム：SUN 臨床検査総合システム
５．イメージ入力システム：From CATCHER
６．赤沈自動測定装置：QuickEye（クイックアイ）

株式会社ニチリョー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2－4－10 共同ビル

設立年月日：	昭和19年5月25日
資本金：	3,000万円
代表者名：	伊東 義人
従業員数：	60名
E－mail：	n-sales@nichiryo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nichiryo.co.jp
工場所在地：	〒343-0822：越谷市西方2760－1
	TEL：048－989－1301
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　国内営業部
	TEL：03－5820－2411　　FAX：03－5820－2410

〔展示主要商品〕

自動分注希釈装置／NSP-7000III

特長：NSP-7000IIIはディスポーザブルチップを用いた自動分注希釈システムです。付属のパソコンソフトで誰でも簡単にプログラムを作成でき，オプションでスタッカや384穴プレート用ノズル等が選択できます。

〔取扱い商品〕

・電動・マニュアルハイブリッドピペット：Nichipet HB
・デジタルマイクロピペット：オートクレーバブル Nichipet EX
・マルチチャンネルピペット：Nichipet 7000
・シリンジディスペンサ　：ニチメイトステッパー
・ボトルディスペンサ　：アキュペンサージュニア
　：ディスペット
・ピペットコントローラ　：Pipette Mate
・自動分注システム　：NSS-1000II
　：マイリューターIII
　：マイティーペッター

日水製薬株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2－11－1

設立年月日：	昭和10年4月6日
資本金：	44億5,000万円
代表者名：	富本 善久
従業員数：	510名
E－mail：	diag-sale@nissui-pharm.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nissui-pharm.co.jp
工場所在地：	〒307-0036：結城市北南茂呂1075－2
	TEL：0296－35－1221　FAX：0296－35－1217
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：0296－35－1225　FAX：0296－35－1579
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング戦略部販売企画グループカスタマーサポート担当
	TEL：03－3918－8171　FAX：03－3918－4515

〔展示主要商品〕

全自動迅速同定感受性測定装置／ライサス

特長：①菌種同定と薬剤感受性検査を1台のシステムで同時に行うことができる
②同定・感受性成績ともに最短で3時間で得られる
③操作は菌液をセットするだけで，菌液希釈も装置が行い，自動的に接種・培養・判定する

〔取扱い商品〕

全自動蛍光免疫測定装置：エバネット EV20
全自動エンザイムイムノアッセイ装置：AIA-1800
　AIA-21
　AIA-600II
精度管理用凍結プール血清：L-コンセラーI，II
　L-コンセーラII EX（CRPを添加）
　L-スイトロールI，II
免疫血清検査用液状管理血清：液状イムノーコンセーラI，II
細菌培養用分画培地：ニッスイ分画プレート

ニットーボーメディカル 株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋富沢町５－５

設立年月日：	昭和62年８月28日
資本金：	３億円
代表者名：	向井 雅彦
従業員数：	60名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　学術課
	TEL：03－3660－8595　FAX：03－3660－8602

〔展示主要商品〕

無遠心真空採血管／“TUBE21”

特長：①凝固放置時間，遠心操作の不要な真空採血管。
②採血から血清採取までわずか２分間。

〔取扱い商品〕

生化学系液状試薬（CRE，BUN，CPK 他）
免疫比濁法試薬（免疫グロブリン G，A，M，C3，C4他）
血液凝固因子測定試薬（AT－Ⅲ，PLG 等）
腫瘍マーカー（CSLEX）
理化学用洗浄剤
尿沈渣管

NIPPN ニップンテクノクラスタ株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場１－30－５ 千寿ビル４Ｆ

設立年月日：	1998年１月５日
資本金：	3,000万円
代表者名：	大桃 惣右ヱ門
従業員数：	17名
E－mail：	tci@ro.bekkoame.ne.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
アプリケーションラボ：	〒169-0075：新宿区高田馬場１－30－５　千寿ビル５階
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03－5287－6761　FAX：03－5287－6765

〔展示主要商品〕

BioDot 社イムノクロマト法テストストリップ用研究開発装置／製造システム

特長：急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究／開発から製造ラインまで，個々のモジュールを組合せることにより，トータルシステムとして供給することのできる世界唯一の専門メーカーです。

〔取扱い商品〕

- BioDot 社　イムノクロマト法テストストリップの研究開発／製造システム
- Cartesian 社　マイクロアレイシステム作製システム
- Corbett Research 社　リアルタイム DNA 増幅検出装置
- Bangs Laboratoroes 社　各種 Microspheres
- S&S 社　各種メンブレンフィルター
- Adhesives Research 社　各種粘着テープ

NIPRO ニプロ株式会社

〒531-8510 大阪市北区本庄西３－９－３

設立年月日	昭和29年７月８日
資本金	225億6,300万円
代表者名	佐野　寛
従業員数	1,914名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.nipro.co.jp/
工場所在地	〒018-5751：大館市二井田字羽貫谷地８－７
	TEL：0186－49－5111
研究所所在地	〒525-0055：草津市野路町3023
	TEL：077－564－0500
商品問合せ先	担当部門　：　輸液・検査商品営業部
	TEL：06－6373－3168　　FAX：06－6373－8978

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／コンポライズ－450

特長：同時52項目，180テスト／時間の処理能力を持ち検体バーコード，自動再検機能，自動立ち上げ機能といった充実機能を搭載し，ISEもオプション装備できる卓上型高性能自動分析装置。

〔取扱い商品〕

各種ディスポーザブル医療器具。体外診断薬，医薬品。
人工腎臓用装置，ダイアライザー等。

日本ケミファ株式会社

〒101-8678 東京都千代田区岩本町２－２－３

設立年月日	昭和25年６月16日
資本金	39億8,500万円
代表者名	山口 一城
従業員数	600名
E－mail	ncdd@chemiphar.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.chemiphar.co.jp/ncdd
工場所在地	〒308-0112：茨城県真壁郡関城町藤ヶ谷赤坂799－１
	TEL：0296－37－2211
研究所所在地	〒341-0005：三郷市彦川戸１－22－１
	TEL：0489－53－8265　　FAX：0489－53－8269
商品問合せ先	担当部門　：　臨床検査薬事業部　営業推進室
	TEL：03－3851－2974　　FAX：03－3862－2645

〔展示主要商品〕

アレルギー特異 IgE 測定装置

特長：多孔性ガラスフィルターを固相としたセミドライシステムによる酵素免疫測定法（EIA 法）による装置。
処理能力30テスト/25分でわずか16分で検査結果が得られる迅速処理を可能とした。

〔取扱い商品〕

- アレルギー特異 IgE 測定装置　DiaPack2000
- 全自動酵素免疫測定装置　MI01
- 全自動グリコヘモグロビン分析計　HLC-723G7
- ヘモグロビン A_{1c} 血糖　測定用搬送システム
- 全自動電気泳動装置　EPA-696
- 臨床検査迅速報告システム　DiaLAN
- 電気泳動用染色試薬
- 糖尿病関連診断薬
- その他　医療用具用各種洗剤

株式会社日本抗体研究所

〒370-0021 高崎市西横手町351－1

設立年月日	1977年11月8日
資本金	7,500万円
代表者名	代表取締役会長 足立 正一，代表取締役社長 青山順吉
従業員数	132名
E－mail	jimro@jimro.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.jimro.co.jp
工場所在地	〒370-0021：高崎市西横手町351－1
	TEL：027－353－1411
研究所所在地	同上
	TEL：027－353－1411　FAX：027－353－1770
商品問合せ先	担当部門　：　学術部
	TEL：0120－677－170(フリーダイヤル) FAX：03－3469－9352

〔展示主要商品〕

RLP-コレステロール／RLP-コレステロール

特長：レムナントリポ蛋白は，カイロミクロン（CM）や超低比重リポ蛋白（VLDL）がリポ蛋白リパーゼによって分解されて生ずる遺残型リポ蛋白で，動脈硬化の発症及び進展に関連します。本キットは，レムナントリポ蛋白コレステロールの定量検査であり，FDAより2000年7月に冠動脈疾患のリスク評価に有用である事が認められました。

〔取扱い商品〕

レムナント様リポ蛋白コレステロール測定キット：RLP-コレステロール「JIMRO」II
リンパ球幼若化能測定キット：JIMRO　FBT
変異原性試験キット：ウムラック
サイトカインELISAキット
各種免疫研究用試薬
芽球高純度回収試薬：BLASTRETRIEVER

NIHON KOHDEN　日本光電工業株式会社

〒161-8560 東京都新宿区西落合1－31－4

設立年月日	1951年8月7日
資本金	75億4,400万円（2003年3月31日現在）
代表者名	荻野 和郎
従業員数	2,610名（グループ）（2003年3月31日現在）
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.nihonkohden.co.jp/
工場所在地	〒　：鶴ヶ島市，埼玉県大里郡川本町，富岡市
	TEL：
研究所所在地	〒　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　日本光電企画センタ株式会社
	TEL：03－5996－8028　FAX：03－5996－8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK-8222

特長：レーザ散乱法を用いた，白血球5分類を含む22項目測定が可能な，全自動血球計数器です。全血55μL。オートサンプラとマニュアルオートサンプラを内蔵し80検体/時の高速処理速度を有します。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位検査装置，筋電計，心電計，自動血球計数器，ベッドサイドモニタ，セントラルモニタ，人工呼吸器，除細動器，輸液ポンプ，心臓ペースメーカ，運動負荷試験システム，呼吸代謝測定装置，携帯型心電図伝送システム，画像診断装置，心臓カテーテル検査システム，救急モニタ，基礎医学研究用機器，各種センサなど

JEOL 日本電子株式会社

〒196-8558 昭島市武蔵野３－１－２

設立年月日	昭和24年５月30日
資本金	44億2,650万円
代表者名	代表取締役，取締役社長兼 COO 原田 嘉晏
従業員数	1,160名
E－mail	www-master@jeol.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.jeol.co.jp/
工場所在地	〒196-8558：昭島市武蔵野３－１－２
	TEL：042－543－1111
研究所所在地	〒　　：同上
	TEL：042-542-2316　　FAX：042-542-2386
商品問合せ先	担当部門　：　メディカル営業本部
	TEL：042－528－3325　　FAX：042－528－3385

〔展示主要商品〕

自動分析装置／BioMajesty JCA-BM1250/1650/2250/9030/9020

特長：①最少反応液量60～80μL　②シングル高速処理1250・1650・2250テスト／時　③検体前希釈機能が検体量僅か２μLで多項目分析を実現

〔取扱い商品〕

■自動分析装置クリナライザ　BioMajesty JCA-BM1250/1650/2250/9030/9020
■ラックサンプラ200検体・600検体ラック　RA200/600
■検体自動搬送システム　JLA-701T
■臨床検査情報処理システム　JCS-33L
■全自動便潜血免疫分析装置　JIA-HB2010
■全自動アミノ酸分析機　JLC-500/V
■電子顕微鏡／表面分析装置／元素・構造分析装置／クロマト装置
素子製造装置／評価・検査装置／高周波応用装置／電子・イオンビーム応用装置・医用診断装置

BIO-RAD 日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里５－７－18 コスモパークビル

設立年月日	1979年10月16日
資本金	４億円
代表者名	増岡 邦明
従業員数	150名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.bio-rad.com
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　診断薬事業本部
	TEL：03－5811－6290　　FAX：03－5811－6282

〔展示主要商品〕

精度管理用コントロール／凍結乾燥，液状シリーズ

特長：検査室のニーズに対応する充実した幅広い製品ラインナップとUNITY PC を利用した精度管理システム

〔取扱い商品〕

①各種精度管理用コントロール
②精度管理用 PC プログラム　“UNITY”
③精度管理用プログラム　“EQAS”
④腸管出血性大腸菌検査キット　“ノバパス ベロ毒素　EIA”
⑤ ALA/PBG カラムテスト
⑥全自動マイクロプレート EIA 分析装置　Evolis
⑦ノバパス680マイクロプレートリーダー
⑧ノバパス1575マイクロプレートウォッシャー
⑨パルスフィールド電気泳動装置
⑩ゲルドック2000
⑪自動マイクロプレート EIA 装置 PhD システム

日本ビオメリュー株式会社

〒107-0061 東京都港区北青山2—12—28　青山ビル

設立年月日	1988年10月4日
資本金	4億8,000万円
代表者名	代表取締役社長　フレデリック・ベノリエル
従業員数	150名
E—mail	cs@biomerieux.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.biomerieux.com/jp
工場所在地	〒350-0207：坂戸市大字青木宿東894
	TEL：0492—80—4330
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　カスタマーサービス
	TEL：03—5411—8799　　FAX：03—5411—8777

〔展示主要商品〕

自動細菌分析装置／バイテック2

特長：バイテック2はNASAの技術により開発されたバイテックシリーズの最新機種です。オーダーに合せた検査，完全自動化，自動結果検証システムなどにより，細菌検査の経済性・効率性・信頼性の向上に貢献します。

〔取扱い商品〕

- 生培地各種
- 用手法細菌検査キット　アピ／ID32シリーズ（同定），ID32シリーズ（感受性），ラテックス凝集法　スライデックスシリーズ（検出）
- 自動細菌分析装置　バイテック／バイテック2（同定・感受性），バクテアラート3D（血液培養・抗酸菌培養）
- 自動免疫蛍光測定装置　ミニバイダス／バイダス（感染症・下垂体および性腺ホルモン測定，他）
- 情報処理システム　バイオリンク（オンライン・疫学統計）
- 自動血液凝固分析装置　MDA II，コアグ-A-メイトMTX，ラックローター/コンパクトXR

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂8—5—26 赤坂DSビル

設立年月日	1985年5月（1971年に創立されたベクトン・ディッキンソン・オーバーシーズ・インクの事業を継承）
資本金	6億8,750万円
代表者名	レックス・バレンタイン
従業員数	420名
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www. bdj. co. .jp
工場所在地	〒960-2152：福島市土船字五反田1
	TEL：0245—93—2311
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　お客様情報センター（BDダイヤル）
	TEL：0120—8555—90　　FAX：024—593—5761

〔展示主要商品〕

全自動同定感受性検査システム／BDフェニックス

特長：一般細菌の同定感受性検査を迅速に完全自動で行なえる装置である。最大100パネルまでランダムアクセスで迅速に測定する事ができる。耐性菌の検出及び抗生剤の適切な選択をする上で必要な報告を迅速にかつ正確，精密に行なうシステムである。

〔取扱い商品〕

1　全自動抗酸菌検査装置（バイテック®MGIT™960）
2　細菌検査試薬・器材，生培地（BBL®）
3　感受性検査用ディスク（センシディスク®）
4　同定検査キット（BBL CRYSTAL™シリーズ，BBL®ミニテックシリーズ，エンテロチューブ，オキシファームチューブ，マイコチューブ）
5　血液培養システム（BACTEC®，9240，9120，9050システム）
6　自動細胞解析装置（FACScan™），全自動細胞解析分離装置（FACSCalibur，FACS Vantage™），モノクロナール抗体
7　プラスチック製組織培養器具・細菌検査用器具（FALCON®），研究用試薬（CBP），接着分子抗体（CAMfolio™）
8　滅菌済真空採血管（バキュティナ®システム），微量採血システム（マイクロテイナー®システム）

PALL 日本ポール株式会社

〒141-0030 東京都品川区西五反田1—5—1

設立年月日	1982年7月1日
資本金	8億5,000万円
代表者名	井上 理一
従業員数	384名
E—mail	takeshi_saito@pall.com
URL(ホームページ)	http://www.pall.com
工場所在地	〒300-0315：茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里46
	TEL：0298—89—0001
研究所所在地	〒300-0315：茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里46
	TEL：0298—89—1951
商品問合せ先	担当部門　：　バイオサイエンス部
	TEL：03—3495—8301　　FAX：03—3495—8366

〔展示主要商品〕

高非対称　血漿分離膜　BTS シリーズ

特長：高非対称のポリスルホンの材質で，一次側，二次側で孔径のサイズが違い，あらゆる量の全血から澄明な血漿を得られます。多くの種類をそろえているため，あらゆる全血サンプルを対象とした免疫クロマト法など広く臨床検査に応用が可能です。

〔取扱い商品〕

当社は，ポール独自のメンブレン技術により臨床検査キットに適した多孔質膜を各種取り揃えております。血漿分離膜 BTS やプレゼンスはクロマトグラフィーの原理により全血から血漿を効率よく分離することができます。血漿分離膜には全血を水平方向あるいは垂直方向に展開して分離する膜を用意し，お客様の用途に合わせてお使いいただけます。また，免疫クロマトキット用の展開膜プレデターはニトロセルロースの持つ問題点を解決した画期的な製品で，ポリエーテルスルホン表面にニトロ基を修飾した膜です。高い比表面積を有し，抗原，抗体その他タンパクを効率よく固定化でき，0.45～5.0μm の孔径を用意しています。更に，コンジュゲート塗布膜，吸水膜があり金コロイドや着色ラテックスビーズ等の微粒子を安定して流すことができ，プレフィルトレーション用低タンパク吸着材質は検体の組織を維持しながら粒子を除去し，検体を効果的にろ過します。

MILLIPORE 日本ミリポア株式会社

〒108-0073 東京都港区三田1—4—28 三田国際ビルヂング

設立年月日	平成13年1月30日
資本金	4億5,000万円
代表者名	代表取締役社長 合田 豊治
従業員数	201名
E—mail	jpmtd-tech@millipore. co. jp
URL(ホームページ)	http://www. millipore. com/nihon
工場所在地	〒992-1128：米沢市八幡原2—4736— 3
	TEL：0238—29—0037
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　メンブレンテクノロジー事業部
	TEL：03—5442—9789　　FAX：03—5442—9736

〔展示主要商品〕

Hi-Flow Plus メンブレン

特長：メンブレンイムノクロマトの検査薬に推奨されているミリポアの Hi-Flow メンブレンに新しく Hi-Flow Plus メンブレンが加わりました。高いタンパク結合量と，優れた再現性を持ち，アッセイの効果が得られます。hCG，LH（ホルモン），PSA，Hemoglobin Occult blood（腫瘍マーカー），タンパク，アレルギー等，多くのアプリケーションに推奨されています。

〔取扱い商品〕

イムノクロマトグラフィー用メンブレンフィルター
コンジュゲートパッド
吸収パッド
他各種メンブレンフィルター
アッセンブリーキット
Lab in A Box　等

ニューコン株式会社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5—41—12

設立年月日：	1991年12月
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役社長　王 春華
従業員数：	120名
E—mail：	sales@newcon.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.newcon.co.jp
工場所在地：	〒116-0014：荒川区東日暮里5—41—12
	TEL：03—3805—2584
研究所所在地：	
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療情報システム事業部　営業部
	TEL：03—3805—2584　　FAX：03—3805—2685

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／PC-Win／Net（LABO）

特長：400システムの納入実績と30年間のノウハウを継承したサーバー／クライアント方式の臨床検査システム。WindowsNT，Windows2000対応。ユーザーの希望によるあらゆるカスタマイズが可能。

〔取扱い商品〕

1．臨床検査システム　PC-Win/Net（LABO21）
2．人間ドック・健診システム　PC-Win/Net（HEALTH21）
3．輸血管理システム　PC-Win/Net（BLOOD21）
4．輸血安全管理支援システム　PC-Win/Net（SAFETY21）
5．Webドクター支援システム　PC-Win/Net（DOCTOR21）
6．病理・細胞診システム　PC-Win/Net（PATH/CYTO）
7．細菌検査システム　PC-Win/Net（PACT）
8．医用画像情報管理システム　PC-Win/Net（PACS）
9．染色体画像解析システム　カリオビジョン　CA-2000K

Noteware ノートウェア株式会社

〒105-0012 東京都港区芝大門2—12—9　浜松町矢崎ホワイトビル6F

設立年月日：	1981年2月
資本金：	4,000万円
代表者名：	赤澤 治行
従業員数：	20名（内米国6名）
E—mail：	infnw@noteware.com
URL(ホームページ)：	http://www.noteware.com
営業所在地：	〒700-0902：岡山市錦町1—1
	TEL：086—234—6045　　FAX：425—596—8242
研究所所在地：	米国カリフォルニア州トーランス市
	TEL：310—543—9630　　FAX：310—543—9639
商品問合せ先：	担当部門　：　営業
	TEL：03—5472—8790　　FAX：03—5472—8796

〔展示主要商品〕

WebLink システム／検診システム／臨床検査システム

特長：弊社は臨床検査分野専門に20余年の経験と500システム以上の納入の経験をもつ独立系システムハウスです。自動分析器メーカー様へのOEM提供や大手ソフト会社様受託システムへのソフト提供を始め直取引も行っております。常に最先端の技術を取り入れユーザーサイドに立った製品の開発を心がけております。Linuxを始めライセンスフリーソフトがベースのWebLinkサーバーを始め，マイクロソフト社の製品群がベースのWin2k＋（.net）製品も提供します。

〔取扱い商品〕

細菌検査システム，一般検体検査システム，検診システム（巡回，集団等），WebLinkサーバー（既存の検査サブシステムと病院ホストシステムとを低価格で接続します），OEM製品，特注品，その他

バイエル メディカル株式会社

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿１－19－15　ウノサワ東急ビル

設立年月日	1967年2月1日
資本金	20億円
代表者名	目黒 昭一郎
従業員数	384名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.bayermedical.co.jp
工場所在地	〒－　：
	TEL：
研究所所在地	〒　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　最寄の支店・営業所又は代表 03－3440－2411
	TEL：　FAX：

〔展示主要商品〕

ADVIA シリーズ，クリニテックシリーズ，Rapidlab シリーズ等

特長：検査室，POC，核酸診断，自己測定，環境診断までの幅広いラインナップで検査のニーズにお応えします。常にクオリティの高いデータを得るために確立した「トータルサポートシステム」は，技術サービス，学術サポート，精度管理，コントロールサーベイ，カスタマートレーニングから構成される定評あるサポート体制です。

〔取扱い商品〕

■臨床検査試薬・医療機器

尿検査製品　（クリニテックアトラスXL，クリニテック500，クリニテック200＋，クリニテック100，クリニテック50マルティスティックスシリーズ）
糖尿病検査製品　（デキスターZII，アントセンスII，DCA2000システム）
血液学検査製品　（ADVIA120，ADVIA60，ADVIA70）
血液ガス・電解質分析製品　（バイエル860，バイエル850，バイエル840，Rapidpoint400，Rapidpoint405，バイエル348，バイエル248，パラトレンド７，Rapidchem744，Rapidchem754）
生化学検査製品　（エクスプレスプラス，オペラ，バイエル644，バイエル654）
免疫自動分析製品　（ACS180，ADVIA ケンタウルス）
血液塗沫標本作製・染色装置　（ADVIA S60）
核酸診断キット　（TMA アッセイ HCV）

BioTec バイオテック株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島２－29－４　古沢ビル

設立年月日	1979年3月1日
資本金	3,000万円
代表者名	長倉　誠
従業員数	19名
E－mail	info@biotec.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.biotec.co.jp
工場所在地	〒　：
	TEL：
研究所所在地	〒　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　営業部
	TEL：03－3816－6931　FAX：03－3818－4554

〔展示主要商品〕

マルチディスペンサー／細胞用洗浄装置

〔取扱い商品〕

■ ELISA 用機器
　セラウォッシャー MW96シリーズ
　オートミニウォッシャーシリーズ
■マイクロアッセイシステム機器
　全自動血球凝集反応装置　ハルクス・オート１
　凝集像自動読取装置　APAS-2000
　オートドロッパー EDR-500A
■ HLA 研究機器
　セラドット6072シリーズ，イムノビーズウォッシャー IBW-12
■ EIA，RIA 用ビーズウォッシャー
　プレート用 BW-20，BW-25
　チューブ用 TW-50N
■ DNA 分注器，核酸抽出装置

■分注装置（創薬ゲノム関連）
　マルチステージ・ディスペンスステーション ADS-384-8
　テーブルトップ・ディスペンサー EDR-384S II
　シングルライン・ディスペンサー mini-Gene LD-01
■その他特注品

株式会社ビー・エム・エル

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷5—21—3

設立年月日	昭和30年7月
資本金	60億4,558万6千円
代表者名	代表取締役社長 荒井 元義
従業員数	1,613名
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www.bml.co.jp/
工場所在地	〒151-0051：渋谷区千駄ケ谷5—21—3
	TEL：03-3350-0111
研究所所在地	〒350-1101：川越市的場1361—1
	TEL：049—232—3131　FAX：049-232-3132
商品問合せ先	担当部門　：　メリッツ　電子カルテ開発課
	TEL：049-233-7074　FAX：049-232-0597

〔展示主要商品〕

病院版電子カルテシステム／Medical Station-HŌSPITAL

特長：400床以下の中小規模病院向け電子カルテシステム。

〔取扱い商品〕

Medical Stationは4年前より診療所向け電子カルテの販売を開始し，おかげさまで導入稼働実績はトップシェアを保っております。(月刊新医療データブックシリーズ　医療機器システム白書掲載)

その実績で培ったノウハウを基に，これまで困難とされてきた400床以下の中小規模病院向け電子カルテシステムを本来3月より販売を開始致しました。

病院版「Medical Station—HOSPITAL」

電子カルテ機能，オーダリング機能のみならず各部門での用途に則した機能を豊富に盛り込んであります。目指したものは「病院内全ての業務の電子化」です。多用化する医療事務・病院業務の中で，病院職員が本来の仕事に集中できる環境を作り出すことが重要です。省力化による医療の質と患者サービス向上の基盤となるべきシステムをご提案いたします。

診療所版「Medical Station—CLINIC」

レセプトコンピューター一体型の電子カルテとして，多くの導入実績を有する電子カルテです。

日立ハイテク　株式会社 日立ハイテクノロジーズ

〒105-8717 東京都港区西新橋1—24—14

設立年月日	昭和22年4月12日
資本金	79億円
代表者名	執行役社長　林　將章
従業員数	3,105名
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www.hitachi-hitec.com/science/
工場所在地	〒312-8504：ひたちなか市市毛882
	TEL：029—273—2111
研究所所在地	〒　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　ライフサイエンス事業統括本部　事業企画本部　販売促進部
	TEL：03—3504—7211　FAX：03—3504—7756

〔展示主要商品〕

モジュールアッセンブリ方式　自動分析装置

特長：検査業務の効率化を目的とし，異なる分析装置を1つのシステムとして統合したモジュールアッセンブリ方式の自動分析装置に免疫分析モジュールと組み合わせることが可能となりました。業務の内容や形態に合わせて柔軟なシステムを構築し，効率化，省スペース，省コスト，操作環境の統一など，様々なニーズをおこたえします。

〔取扱い商品〕

21世紀を迎えた現在，IT，バイオ，ナノテクノロジーなど時代の最先端を支えている技術分野においては，市場は目まぐるしい変化を遂げており，企業は様々なビジネスニーズへのスピーディな対応が強く求められております。株式会社日立ハイテクノロジーズは，日製産業の商社機能と日立製作所の設計・製造機能との有機的な結合により半導体製造装置やバイオ関連製品などのナノテクノロジー分野において，開発から製造，販売，サービスまでの一貫体制を構築いたしました。また，生化学自動分析装置をはじめとする多種多様な臨床用医用機器，DNAシーケンサ，さらに限りない可能性を秘めるバイオ分野にも，信頼性の高い技術とサービスをお届けしています。

フィンガルリンク株式会社

〒130-0005 東京都墨田区東駒形２－13－13

設立年月日	1990年
資本金	1,000万円
代表者名	名郷根 正昭
従業員数	21名
E－mail	finggal@finggal-link.com
URL(ホームページ)	http://www.finggal-link.com
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒020-0033：盛岡市盛岡駅前北通５－６ MDI ビル
	TEL：019－626－6543　　FAX：019－626－6545
商品問合せ先	担当部門　：　企画管理部
	TEL：03－3625－6543　　FAX：03－3625－6545

〔展示主要商品〕

止血血栓トータルマネジメントシステム／ROTEG

特長：Supeior Management of Acute Haemostasis Disorders
止血血栓の緊急異常時における最も効果的かつ包括的な検体情報データ，治療方法のコスト，危険性及び副作用のリアルな情報提供が可能です。弊社が目指す POCT ネットワーク第一弾

〔取扱い商品〕

■検査機器	トロンボエラストグラフ	ROTEG
	赤血球沈降速度自動測定装置	test1, microtest
	尿沈渣分析装置	DiaSys Work Station
	血小板凝集測定装置	クロノログシリーズ
■システム	簡易迅速検査システム	FL 検体システム
	人間ドック健診システム	FL 検体システム
	画像ファイリングシステム	FL 画像システム
	生活習慣病予防ヘルスケアシステム	FL 健康レポート
	病理検査業務支援システム	Fj Wing type P
		(富士テクノサプライ提供)

フクダ電子株式会社®

〒113-8483 東京都文京区本郷３－39－４

設立年月日	昭和23年７月６日
資本金	43億8,700万円
代表者名	福田 孝太郎
従業員数	2,224名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.fukuda.co.jp
工場所在地	〒270-1495：白井市中305－１
	TEL：047－492－2011
研究所所在地	〒113-8420：文京区本郷２－35－８
	TEL：03－3814－1211
商品問合せ先	担当部門　：　商事センター
	TEL：03－5800－5631　　FAX：03－5800－5655

〔展示主要商品〕

自動血球計数 CRP 測定装置／FL-275CRP

特長：全血18μL で血算と免疫（CBC＋CRP）の同時測定可能・検体の前処理不要・測定時間は約４分20秒

〔取扱い商品〕

Ⅰ．生体検査装置
心電計／心電図自動解析装置／ホルター心電計／ストレステストシステム／ポリグラフ／超音波診断装置／血圧計・心拍出量計／血球計数装置／眼底カメラ／呼吸機能検査装置

Ⅱ．医用監視装置
集中監視装置／ベッドサイドモニタ／医用テレメータ

Ⅲ．治療装置
デフィブリレータ／ペースメーカ／人口呼吸器／酸素濃縮器／大動脈内バルーンポンプ・カテーテル／心臓カテーテル／PTCA カテーテル

Ⅳ．その他
記録紙／ディスポーザブル電極／上記各装置の付属品および消耗品

PHARMACIA Diagnostics ファルマシア有限会社

〒163-1439 東京都新宿区西新宿3-20-2　東京オペラシティービル39F

設立年月日：	組織変更日　2003年7月30日
資本金：	195億7,950万円
代表者名：	木村 誠一
従業員数：	80名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.diagnostics.com
工場所在地：	〒300-4247：つくば市和台23
	TEL：0298—64—6810
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：同上
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬事業部
	TEL：03—5365—8338　　FAX：03—5365—8336

〔展示主要商品〕

UniCAP　System

特長：感度，精度，信頼性に定評のあるCAP Systemをコンパクトに一体化，更に多機能データ処理システム（データキャップ）により，検査室からの医療情報発信を可能としたアレルギー自動検査システム。

〔取扱い商品〕

■ UniCAP System
機器：ユニキャップ100，ユニキャップ250
測定項目：アレルギー検査

■ CAP　System
機器：フローロカウント96，オートキャップ 他
測定項目：アレルギー検査

富士工業株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島4—1—14

設立年月日：	昭和5年5月1日
資本金：	1,000万円
代表者名：	壺井 剛之介
従業員数：	6名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：03—3814—3621　　FAX：03—3814—3625

〔展示主要商品〕

浸透圧計／アドバンス浸透圧計3D3

特長：3D3—ワイドレンジ0～4,000mOsm/kgH_2O。スタンバイ5分。自動キャリブレーション及び自己診断によるトラブル検出機能あり。メッセージボードがすべてを表示。24時間いつでもスタット測定可能。

〔取扱い商品〕

米国アドバンス社……アドバンス浸透圧計　3900　3D3　3300
　　ミルク・クライオスコープ
米国マノスタット社…クレット光電光度計
米国ケンブリッジ社…尿沈渣用URI染色液，染色液等を除去するスティンリムーバー
ドイツ　ホフマン社…電気バーナー
米国ドラモンド社……CMピペット
他にストップウォッチホルダー等を販売

FjTS. 株式会社富士テクノサプライ

〒359-1145 所沢市山口1146－4

設立年月日	2000(平成12)年4月20日
資本金	1,000万円
代表者名	加納 侑
従業員数	12名
E－mail	support@fjts.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.fjts.co.jp
工場所在地	〒　： TEL：
研究所所在地	〒　： TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　コンピュータ事業部　営業 TEL：042－903－1811　FAX：042－903－1810

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／Fj-Wing シリーズ

特長：Windows2000，SQL によりハイパフォーマンスを実現，高信頼性のクラスターシステム採用，検査状況と検査業務画面が見やすく切り替わる独自のスイングステージを開発，拡張性の高いシステムを提供。

〔取扱い商品〕

1．臨床検査システム
2．生理検査システム
3．病理検査システム
4．細菌検査システム
5．輸血管理システム

富士フイルム メディカル株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座7－13－8

設立年月日	昭和42年
資本金	3億円
代表者名	白壁 英次
従業員数	470名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.fujifilm.co.jp/fms/
工場所在地	〒　： TEL：
研究所所在地	〒　： TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　営業本部　販売部　ドライケムグループ TEL：03－3545－3326　FAX：03－5565－7020

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／富士ドライケム　7000

特長：いかにしたら迅速な検査結果が得られるかを追求してきたドライケムシリーズの新製品として発売。即時に検査結果を得られることは，検査結果を聞く為にだけ再来院してもらう必要も無くなり，結果を聞くまでの数日間の不安も解消してあげることに結びつきます。

〔取扱い商品〕

●測定装置

富士ドライケム	300G	：血糖専用生化学分析装置
富士ドライケム	ミニネット	：富士ドライケム検査機器データー処理支援システム
富士ドライケム	3500シリーズ	：採血管対応小型多項目測定装置（4タイプ）
富士ドライケム	800	：電解質専用小型測定装置
富士ドライケム	100タイプN	：アンモニア専用小型測定装置
富士ドライケム	7000シリーズ	：5検体まで自動連続処理，比色26項目＋電解質3項目の小型多項目測定装置（3タイプ）

●測定試薬　富士ドライケムスライド（全血用，血漿・血清用）30項目
●標準液　富士ドライケムコントロール液　QP-L，H，QN，QE

富士レビオ株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町２―62―５ FRビル

設立年月日	1950年12月18日
資本金	39億6,232万円
代表者名	鈴木 博正
従業員数	523名
E―mail	
URL(ホームページ)	http//www.fujirebio.co.jp/
工場所在地	〒192-0031：八王子市小宮町51
	TEL：0426―45―0052
研究所所在地	〒　　：同上
	TEL：0426―45―0071　FAX：0426―46―8325
商品問合せ先	担当部門　：　学術サービス部
	TEL：03―5695―9210　FAX：03―5695―9234

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定システム／ルミパルスf（フォルテ）

特長：バーコードオーダー入力対応，検体搬送ライン接続可能，自動希釈再検機能により効率化，省力化を追求。日本語入力，タッチパネルで簡単操作を実現。化学発光酵素免疫測定による高感度アッセイ。

〔取扱い商品〕

〈試薬〉血清検査（PA・HA法）：TP，アンティHBs，HTLV-I，HIV-1/2，CMV，ASK，ATG，AMC，MYCO II　他
（ラテックス凝集法）：HbA_{1C}，ASO
（CLEIA法）：CA19-9，CA125，CA15-3，AFP，CEA，PSA，シフラ，TSH，IgE，β_2M，α_1M，フェリチン，HTLV-I，HIV-1/2，HCV，HBsAg，HBsAb，HBcIgM，HBcAb，TP，FT3，FT4，インシュリン，LH，プロラクチン，FSH，E_2，HBeAg，HBeAb，HCVcoreAb，TgAb，TPOAb他
（FPIA法）：FDP，D-Dダイマー，AT III，HBsAb，CRP，TP，CK-MB
血液凝固線溶検査：D-Dダイマー

〈機器〉ルミパルスf，エバネットEV20，マグストリームAS，JIA-HB2010

扶桑薬品工業株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町１―７―10

設立年月日	昭和12年３月25日
資本金	107億5,820万円
代表者名	戸田 幹雄
従業員数	1,377名
E―mail	
URL(ホームページ)	http://www.fuso-pharm.co.jp/
工場所在地	〒536-8523：大阪市城東区森之宮２―３―11
	TEL：06―6969―1131
研究所所在地	〒536-8523：大阪市城東区森之宮２―３―30
	TEL：06―6969―3131　FAX：06―6964―2706
商品問合せ先	担当部門　：　営業部 営業四課
	TEL：06―6969―1131　FAX：06―6969―2341

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／アイ・スタットシリーズ

特長：患者のベッドサイドで，血液ガス及び電解質などを，ごく微量の検体で，迅速，簡便，かつ正確に測定。ポイント・オブ・ケア検査に好適。

〔取扱い商品〕

■ポータブル血液分析器「アイ・スタット」
アナライザー200
アナライザー300F-S
アナライザー300F-N
電子シミュレーター
カートリッジ（10種類）
その他

■白血球中細菌核酸同定検査
末梢血における白血球中の細菌検出キット「ハイブリゼップ」

プロメガ株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町14—15 マツモトビル1F

設立年月日	1995（平成7）年2月2日
資本金	1,000万円
代表者名	代表取締役社長　上田 昌宏
従業員数	26名
E—mail	mktg@jp.promega.com
URL(ホームページ)	http://www.promega.co.jp
工場所在地	〒　： TEL：
研究所所在地	〒　： TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　マーケティング部 TEL：03—3669—7981　FAX：03—3669—7982

〔展示主要商品〕

ゲノムDNA自動精製用試薬／MagneSil

特長：シリカコートの磁性体粒子でDNAを捕促して精製するシステムです。一定量のDNAのみを捕促するため，精製後に定量する手間を省きます。自動分注装置で操作できるため，多検体の核酸精製に最適です。

〔取扱い商品〕

〈核酸精製試薬〉組織や血液からのゲノムDNA自動精製に最適な磁性体粒子をはじめ，独自のメンブレン技術によりPCR産物，RNAを自動精製するシステムをご紹介いたします。(Wizard®，MagneSil™)

〈ルシフェラーゼ定量試薬〉発光酵素ルシフェラーゼの反応系は，生体分子の検出・定量，細胞を用いたアッセイなど広く利用されているシステムです。弊社のルシフェラーゼ定量試薬は，自動化に適した様々な特性を活かし，多検体処理にも応用することができます。(Steady-Glo®，Bright-Glo™，Dual-Glo™)

〈セルベースアッセイ試薬〉細胞における増殖性や障害性，ジグナル伝達，アポトーシスの関連分子を，よりシンプルな操作性で測定することのできるホモジニアス法を採用した様々な試薬をご用意しています。(Cell Titer®，CytoTox-ONE™，ApoONE®)

ベックマン・コールター株式会社

BECKMAN COULTER

東京都港区虎ノ門3—5—1　虎ノ門37森ビル

設立年月日	1977年7月1日
資本金	12億3,000万円
代表者名	リーランド・エフ・マッカーシー
従業員数	300名
E—mail	bckkcas@beckmancoulter.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.beckmancoulter.com
工場所在地	〒243-0021：厚木市岡田3—8—23 TEL：
研究所所在地	〒　： TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　業務推進グループ TEL：03—5404—8424　FAX：03—3578—4605

〔展示主要商品〕

全自動血液分析装置／LH700，LH500
臨床化学自動分析装置／SYNCHRON LX®i725
全自動免疫化学分析装置／Unicel
全自動細胞解析装置／Cytomics™ FC500

特長：完全自動ランダムアクセス方式自動分析装置で，専用試薬のみならず汎用試薬にも対応でき，生化学から免疫，線溶検査など幅広い分野への対応が可能。メンテナンスフリー，ラテックス試薬も安心して使用できます。

〔取扱い商品〕

臨床化学自動分析装置：SYNCHRON LX®i725
生化学自動分析装置：SYNCHRON CX®シリーズ，LX®シリーズ
血液分析装置：LH700シリーズ，Gen•S™ Cell System2，HmX™，MAXM™A/L-Retic，Ac•T™5diffCP，Ac•T™シリーズ
細胞分析／分取装置：Cytomics™ FC500，EPICS® XL-MCL System2
免疫化学分析装置：Access®，Access®2，IMMAGE®
電気泳動システム：Paragon CZE®2000
全自動電解質測定装置：SYNCHRON EL-ISE®
各種試薬

株式会社ヘレナ研究所

〒330-0061 さいたま市浦和区常盤9—21—19

設立年月日	昭和51年2月28日
資本金	3,000万円
代表者名	中里 時亜
従業員数	40名
E—mail	sales@helena.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.helena.co.jp
工場所在地	〒330-0061：さいたま市浦和区常盤9—21—19
	TEL：048—833—3208
研究所所在地	〒330-0061：さいたま市浦和区常盤9—21—19
	TEL：048—833—3208
商品問合せ先	担当部門　：　営業部
	TEL：048—833—3208　　FAX：048—833—3273

〔展示主要商品〕

REP／1352　　エパライザ／J111

特長：一台で，蛋白分画，アイソザイム分画及び脂質分画まで完全自動化!!

〔取扱い商品〕

高速自動電気泳動装置（REP）	：	泳動項目 ┬ 蛋白分画 　　└ LDH・ALP・CPK
全自動電気泳動分析装置（エパライザ2）	：	泳動項目 ┬ 蛋白分画・各種アイソザイム 　　└ 脂質分画　他
デンシトメータ	：	EDC クリニスキャン2
支持体	：	アガロース膜 クイックジェルー

HORIBA 株式会社 堀場製作所

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日	1953（昭和28）年1月26日
資本金	65億7,800万円
代表者名	堀場　厚
従業員数	951名
E—mail	me_info@horiba.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.horiba.co.jp
工場所在地	〒601-8510：京都市南区吉祥院宮の東町2
	TEL：075—313—8121
研究所所在地	〒　　：同上
	TEL：同上　　FAX：075—321—5834
商品問合せ先	担当部門　：　医用システム営業部
	TEL：075—313—5736　　FAX：075—321—0752

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／PENTRA シリーズ

特長：微量の全血検体で，血球計数，白血球分類，網赤血球測定，塗抹染色標本の作製を自動的に行う自動血球計数装置のシリーズです。検査室のバックアップ用や緊急検査用に最適な小型装置から，塗抹染色標本の作製までを行う装置まで取り揃えています。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置　LC-141，LC-140，LC-550，LC-5000，LC-5501J，LC-250
動物用自動血球計数装置　LC-152
自動血球計数CRP測定装置　LC-175CRP，LC-275CRP
pHメーター　Fシリーズ，Dシリーズ
自動塗抹染色標本作製装置　LX-9131
自動テオフィリン測定装置　LT-110
自動CRP測定装置　LT-120

株式会社三菱化学ヤトロン

〒101-0031 東京都千代田区東神田２―１―11

設立年月日：	平成15年７月１日
資本金：	３億円
代表者名：	代表取締役社長 吉富 敏彦
従業員数：	420名
E―mail：	
URL(ホームページ)：	http://mk-iatron.jp
工場所在地：	〒276-0046：八千代市大和田新田1144
	TEL：047―450―2261
研究所所在地：	〒289-2247：千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1460―6
	TEL：0479―76―3666
商品問合せ先：	担当部門 ： コールセンター
	TEL：03―3863―6259 FAX：03―3862―1769

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学発光システム／イムライズ2000

特長：豊富なラインナップ。CLEIAによる高感度アッセイ。24項目ランダムアクセス。独自の洗浄法によるB/F分離（特許）。処理能力200テスト/時。17インチタッチパネル操作。測定プロセスモニタリング。

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　キット・自動分析機用検査試薬
■全自動免疫血清検査システム　LPIAシステム
■全自動免疫化学発光システム　DPC社製　イムライズ2000/1000
■血液凝固測定装置　IL社製　ACL Advance・ACL7000/9000
■分析用器具　ドイツ・エッペンドルフ社製　ピペット・遠心分離機・他
■分析用機械　TLC-FID/FPDイアトロスキャン
■その他　研究用試薬・病理検査用各種抗体・細胞凍結保存液・他

株式会社 メディカル ジャパン MEDICAL JAPAN CO.,LTD.

〒435-0057 浜松市中田町447

設立年月日：	昭和60年１月
資本金：	1,000万円
代表者名：	市川 明広
従業員数：	20名
E―mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒431-3102：浜松市豊西町904の７
	TEL：053-435-9881 FAX：053-435-9882
研究所所在地：	〒 同上
	TEL 同上
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業３課
	TEL：053―467―1166 FAX：053―467―1600

〔展示主要商品〕

検体前処理搬送システム／MSシリーズ

特長：ユニットサイズの変更が可能でフリーレイアウト方式です。ラックも１本・５本・10本　対応が可能で省スペースでリアルタイムからバッチ処理の各ラインが構築できます。

〔取扱い商品〕

検体前処理システム（基本ユニット・25ユニット以上あり）
分注システム（子検体ラベラー・有無）
採血管準備システム
バーコードプリンター
子検体容器
子検体ラベル
ディスポチップ
閉栓用ポリキャップ

有限会社 山久化成

〒206-0803 稲城市向陽台４－２－Ｃ－1007

設立年月日：	平成６年５月12日
資本金：	300万円
代表者名：	山田 倫久
従業員数：	
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.yamahisa-net.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：042－370－4744　　FAX：042－370－4745

〔展示主要商品〕

検査総合管理システム／マインズ

特長：検査の受付から報告まで，採血管の準備，検体の小分け，小検体用容器へのラベル貼りを行う検査の総合管理システム。Windows2000対応，バーコード対応，低価格。

〔取扱い商品〕

1．検査総合管理システム　・「マインズ」検査の受付から報告まで
2．自動検体小分け装置　・SasuGer180　・SasuGer200
3．自動検体容器ラベル貼り機
　・AutoSuratt SP　親検体用ラベル貼り機
4．HbA_{1c} 用検体希釈装置
　・PiaTreat 50α・PiaTreat 30・PiaTreat 200
5．ラベルプリンター　バーコード印刷，カラー印刷可能
6．喀痰溶解処理装置「ナルクマン」
7．万能型多品種小容器充填ユニット（製造用試薬分注装置）
　多品種少量製造用半自動試薬分注装置（分注－中栓－キャッピング）
8．「ピーポール」・「ウロキャッチ」（採尿用具）
9．ピーポールカッター「Musashi PP」　「ピーポール」を効率よく使用する為に容器をカットし，そのまま測定装置にかけられます。

UNIFLEX 株式会社 ユニフレックス

〒113-0033 東京都文京区本郷３－26－４　ドルミ本郷7F

設立年月日：	1976年８月28日
資本金：	3,000万円
代表者名：	服部　晃
従業員数：	46名
E－mail：	info@uniflex.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.uniflex.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　受注サービス課
	TEL：04－7147－3034　　FAX：04－7144－8242

〔展示主要商品〕

プラスチック消耗品／ピペットチップ，サンプルカップ

特長：エルケイブランドのプラスチック消耗品は，高純度素材を使用しているので，クリーンでしかも低価格を実現したプラスチック器材です。2000種を越す製品が用意してあります。

〔取扱い商品〕

エルケイブランドプラスチック消耗品

RADIOMETER COPENHAGEN ラジオメータートレーディング株式会社

〒105-0003 東京都港区新橋3－16－11 西新橋東急ビル

設立年月日	平成2年8月30日
資本金	4億9,000万円
代表者名	ペーター・シャノー
従業員数	120名
E－mail	
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
研究所所在地	〒　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　営業開発部
	TEL：03—5777—3540　FAX：03—5777—3541

〔展示主要商品〕

血液ガスシステム／ABL700シリーズ

特長：ABL700シリーズは，患者サイドと検査室ラボの両方に適した血液ガスシステムです。比類ない正確さ，簡単な取り扱い，パワフルなデータ管理，最新のソフトウェアによるネットワーク対応などの特長があります。

〔取扱い商品〕

血液ガスシステム	ABL700シリーズ，ABL555シリーズ，ABL77シリーズ，ABL5
経皮血液ガスモニター	TCM3，TCM400
精度管理溶液	クオリチェックプラスシリーズ
動脈血サンプラー	PICOシリーズ
緊急検査データ管理システム	RADIANCE

Roche ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2－6－1

設立年月日	1998年8月1日
資本金	25億円
代表者名	小川 渉
従業員数	650名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.rochedianostics.jp
工場所在地	〒247-0063：鎌倉市梶原200
	TEL：0467—45—3591(代表)
研究所所在地	〒　：
	TEL：
商品問合せ先	TEL：03—5443—7041(大代表) FAX：03—5443—5247

〔展示主要商品〕

特長：生化学，免疫血清，血液凝固，遺伝子と検査室におけるほぼすべての分野の分析機をラインナップ。皆様方の検査室においての効率性，経済性，信頼性の向上，そして省スペース化に至るまで，あらゆる商品・サービスを「Innovating Health Information」というビジョンの元ご提供させていただきます。

〔取扱い商品〕

モジュールアッセンブリ方式全自動測定装置
「モジュラーアナリティクスD. P. E」
〈生化学自動分析装置〉・COBAS　INTEGRA　800/400plus
〈免疫血清自動分析装置〉・エクルーシス2010　・COBAS　CORE　II
〈PCR自動分析装置〉・COBAS　AMPLICOR　・Light Cycter
〈血液凝固自動分析装置〉・STA-R　・STA　Compact
〈血糖自己測定システム〉・アキュチェックコンフォート　・アキュチェックアクティブ・アキュチェックコンパクト
〈簡易分析装置〉・カーディアックリーダー　・ユリラックスS

和光純薬工業株式会社

〒541-8605 大阪市中央区道修町３－１－２

設立年月日：	大正11年
資本金：	23億3,956万円
代表者名：	池添 太
従業員数：	1,450名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.wako-chem.co.jp/
工場所在地：	〒510-1222：三重県三重郡菰野町大字大強原2613－２
	TEL：0593－93－4881
研究所所在地：	〒661-0963：尼崎市高田町６－１
	TEL：06－6499－1501
商品問合せ先：	担当部門 ： 臨床検査薬 カスタマーサポートセンター
	TEL：03－3270－9134 FAX：03－3241－5752

〔展示主要商品〕

全自動便潜血免疫分析装置 JIA－HB2010／小型便潜血分析装置 QUICK RUN

特長：全自動便潜血免疫分析装置 JIA－HB2010
- フルオート 高速処理機（200テスト／時間）
- 多機能・簡単操作

小型便潜血分析装置 QUICK RUN
- 小型，簡単操作で定量測定（10検体／バッチ）
- 便潜血と尿／髄液タンパクの２項目が測定可能

Whatman ワットマンジャパン株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野５－６－10 台和上野ビル１F

設立年月日：	1983年９月19日
資本金：	5,000万円
代表者名：	代表取締役 中村 光宏
従業員数：	17名('03年６月現在)
E－mail：	japaninfo@whatman.com
URL(ホームページ)：	http://www.whatman.com
工場所在地：	〒 ：Whatman International Ltd. Maidstone, Kent, England
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：Whatman International Ltd. Maidstone, Kent, England
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：03－3832－6707 FAX：03－3832－6457

〔展示主要商品〕

イムノポア

特長：イムノアッセイを用いた簡易診断薬用のメンブレンです。最適な処理が予め施されているので迅速・容易に POC 診断薬開発ができます。ロット間差・非特異的吸着などの問題が解決します。

〔取扱い商品〕

イムノポア(ラテラルフロー用処理済ニトロセルロースメンブレン)
ピュラバインド A および G(無処理のニトロセルロースメンブレン)
ラピッドおよび F075(高性能コンジュゲートリリースパッド)
吸水紙(多種のセルロース/ガラスフィルター)
サンプル採取保存紙(血液，唾液，尿，便などの採取・保存用途等)
血球分離用フィルター
アノポア(セラミックフィルター，マイクロアレイや DNA チップ用途等)
サイクロポア(PET・PC 製の均一な孔径のフィルター，薬剤徐放用途等)
医療デバイス用フィルター(バクテリア除去・加湿用途等)
FTA カード（血液等からの DNA 分離抽出・輸送・保存が室温で可能）

AACC　American Association for Clinical Chemistry

AACC は，臨床化学，Biochemistry，免疫学，病理学，毒物学，分子病理学などを専門とする10,000人の会員を擁する非営利の学術的，国際的な協会で，1948年創立した長い歴史をもっております。

AACC は，検査医学領域の最新の研究情報を収載した「Clinical Chemistry Journal」を毎月会員に提供しており，年１回開催の Annual Meeting では，800題を越す臨床化学分野の研究報告が行われ，併設の世界的規模の展示会にはアメリカ国内および海外から数百の出展社および40,000人を越える見学者を迎えております。

AACC には，次の部門があり，それぞれ専門「News Letter」を発行しております。①動物臨床化学　②栄養学　③免疫学　④分子病理学　⑤電解質　⑥小児科学　⑦電解質・血液ガス　⑧管理科学　⑨臨床検査の歴史　⑩蛋白およびリポ蛋白　⑪TDM および毒物学　⑫Laboratory-情報システム

AACC 入会希望の方は，申込書および年会費 $130.00を下記あてに送付して下さい。

American Association for Clinical Chemistry, Inc.
2101 L St., NW, Suite 202
Washington, DC 20037-1526
Tel : 1-202-857-0717, ext. 739
Fax : 1-202-833-4576
E-mail : cdonnell@aacc. org
Home Page : http: //www. aacc. org

AACC 総会予定

第56回　2004年７月25日～７月29日　ロサンゼルス
第57回　2005年７月24日～７月28日　オーランド

展示に関しては下記にお問い合わせ下さい。

Sherago International Inc.
11 Penn Plaza・Suite 1003・New York, NY10001
Tel：+1-(212)643-1750・Fax：+1-(212)643-1758/57

MEDICA 運営事務局・デュッセルドルフ見本市会社

Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf, Germany

設立：1947年
代表者名：Wilhelm Giese（ヴィルヘルム・ギーゼ）
従業員数：480名
本社：ＴＥＬ：+49-211-456001　Fax：+49-211-4560668
問い合わせ先：㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
ＴＥＬ：03—5210—9951　Fax：03—5210—9959
mdj@messe-dus.co.jp

〈展示品〉

MEDICA 国際医療機器専門見本市＋会議のインフォメーション
MEDICA は1969年以来デュッセルドルフで毎年開催される医療機器を専門に扱った見本市で初回以来発展を続け2002年度の開催では世界65カ国から3,650社の企業の出展と78カ国から133,000人の来場者が記録されています。
MEDICA は最初の開催以来医療分野の市場のニーズをそのまま反映し続け，今や世界第一級の専門見本市としての地位を確立させました。

〈展示分野〉以下の分野に属するものが展示品となります。

電子医療機器　医療機器　ラボ技術　診断技術　薬品　EDP
整形外科技術　消耗品　ディスポ製品　サービス
病院用家具　ランドリー機器　病院用厨房設備　配膳システム
清掃機器　消毒機器　情報処理システム　救急医療

展示会社・住所録

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
アークレイ株式会社	本社	601-8045	京都市南区東九条西明田町57	(075) 672—5311	
アークレイマーケティング株式会社	クリニケーション本部	601-8045	京都市南区東九条西明田町57	(075) 672—6386	(075) 671—8289
	北ブロック	981-3133	仙台市泉区泉中央1—37—1	(022) 218—4131	(022) 218—4136
	事業所		札幌SSO、青森SSO、盛岡SSO、仙台SSO、新潟SSO		
	東ブロック	104-0033	中央区新川2—9—9　SHビル2F	(03) 5541—3456	(03) 5541—3455
	事業所		東京SSO、さいたまSSO第一・第二、千葉SSO、横浜SSO、松本SSO、静岡SSO		
	西ブロック	601-8046	京都市南区東九条西山町4	(075) 672—5316	(075) 662—8951
	事業所		名古屋SSO、京都SSO、金沢SSO、大阪SSO第一・第二、高松SSO、松山SSO		
	南ブロック	815-0081	福岡市南区那の川1—4—3　コモハラビル3号	(092) 526—1407	(092) 526—1409
	事業所		岡山SSO、広島SSO、北九州SSO、福岡SSO、熊本SSO、鹿児島SSO		
アイエスケー株式会社	本社	113-0034	文京区湯島4—9—12	(03) 3812—0191	(03) 3812—9284
	認可工場	120-0003	足立区東和3—5—4	(03) 3620—1003	(03) 3620—0877
	大阪連絡事務所	574-0062	大東市氷野3—5—12	(072) 872—9484	(072) 872—9484
アイ・エル・ジャパン株式会社	本社	105-0013	港区浜松町2—2—15　浜松町ゼネラルビル	(03) 3437—6350	(03) 3437—6352
アイテック阪神株式会社	本社	553-0001	大阪市福島区海老江1—1—31	(06) 6456—5223	(06) 6456—5252
	鎌倉事業所	247-0056	鎌倉市大船1—26—29　サンビル	(0467) 47—4141	(0467) 46—2685
	東京営業所	136-0076	江東区南砂2—36—7　南砂阪神ビル	(03) 5677—1490	(03) 3615—5066
	神戸営業所	652-0865	神戸市兵庫区小松通5—1—21　片田共同ビル　1F	(078) 682—8571	
	京都営業所	600-8041	京都市南区東九条南烏丸町23—1　KM第2ビル	(075) 661—2690	
株式会社アイディエス	本社	862-0938	熊本市長嶺東8—14—30	(096) 380—4225	(096) 389—2077
	東京事務所	150-0002	渋谷区渋谷1—4—6　ニュー青山ビル701	(03) 5469—9314	(03) 5469—9316
	大阪事務所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1—6—14　第2日大ビル611号	(06) 6370—1850	(06) 6370—1851
	広島事務所	733-0003	広島市西区三篠町3—5—1　フローラルミササ101	(082) 230—1444	(082) 230—1445
アジア器材株式会社	本社	194-0022	町田市森野2—27—12	(042) 723—4670	(042) 728—0163
株式会社アズウェル	本社	540-8575	大阪市中央区石町2—2—9	(06) 6941—0308	(06) 6941—4861
	札幌支店	060-0007	札幌市中央区北7条西13—9—1	(011) 281—3000	(011) 281—3250
	仙台支店	984-0046	仙台市若林区二軒茶屋1—6	(022) 295—0631	(022) 295—0635
	東京支店	103-0023	中央区日本橋本町3—6—2	(03) 5695—4144	(03) 5695—4190
	名古屋支店	460-0002	名古屋市中区丸の内2—6—11	(052) 211—4641	(052) 211—4645
	金沢支店	920-0805	金沢市小金町9—20	(076) 252—1921	(076) 252—2167

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	大阪支店	571-0044	門真市松生町4－6	(06) 6909—7645	(06) 6909—4960
	高松支店	761-0101	高松市春日町1706	(0878) 41—3088	(0878) 43—8148
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町11—4	(082) 221—2954	(082) 221—2969
	福岡支店	810-0004	福岡市中央区渡辺通3—10—5	(092) 751—5054	(092) 771—3678
アボット ジャパン株式会社	本　　社	106-8535	港区六本木1－9－9　六本木ファーストビル	(03) 3589—9441	(03) 3589—9591
	札幌事業所	060-0003	札幌市中央区北3条西1－1－1　ナショナルビル6F	(011) 219—1891	(011) 219—1870
	仙台事業所	980-0014	仙台市宮城野区榴岡4－2－3　仙台MTビル12F	(022) 792—6971	(022) 792—6998
	東京事業所	151-8563	渋谷区千駄ヶ谷5—25—5	(03) 5367—3925	(03) 5367—3926
	名古屋事業所	460-0093	名古屋市名東区一社4—97	(052) 702—3508	(052) 702—3509
	大阪事業所	541-0051	大阪市中央区備後町1－1－6　3F	(06) 6228—8630	(06) 6203—5805
	広島事業所	732-0052	広島市東区光町2－7－8　4F	(082) 568—1925	(082) 261—0691
	福岡事業所	812-0039	福岡市博多区冷泉町5—32　オーシャン博多ビル4F	(092) 291—6651	(092) 291—4693
アロカ株式会社	本　　社	181-8622	三鷹市牟礼6—22—1	(0422) 45—5111	(0422) 45—7751
	東京支店	113-0034	文京区湯島1—12—4　小宮ビル	(03) 5812—3791	(03) 5812—3793
	札幌支店	065-0033	札幌市東区北33条東10—5—15	(011) 722—2205	(011) 722—2208
	仙台支店	980-0803	仙台市青葉区国分町3－9－8　田山ビル	(022) 262—7181	(022) 261—5310
	水戸支店	310-0905	水戸市石川2—4249—5	(029) 255—1811	(029) 255—1812
	名古屋支店	468-0051	名古屋市天白区植田3—803	(052) 805—2660	(052) 805—2283
	大阪支店	564-0051	吹田市豊津町41—35	(06) 4861—4888	(06) 4861—4860
	広島支店	733-0035	広島市西区南観音5－9－7	(082) 292—0019	(082) 292—6329
	高松支店	760-0079	高松市松縄町字宮西291	(087) 866—6012	(087) 866—6021
	福岡支店	812-0054	福岡市東区馬出4－3—10	(092) 633—3131	(092) 633—3621
	熊本支店	860-0833	熊本市平成2－4—12	(096) 370—5688	(096) 370—5587
株式会社アンペール	本　　社	160-0023	新宿区西新宿7－5－3　斎藤ビル	(03) 5330—6801	(03) 5330—7027
	北関東営業所	309-1703	西茨城郡友部町鯉淵6612—49	(0296) 77—6188	(0296) 70—5011
株式会社医学生物学研究所	本　　社	460-0002	名古屋市中区丸の内3－5—10　住友商事丸の内ビル5F	(052) 971—2081	(052) 971—2337
	札幌営業所	060-0807	札幌市北区北七条西7－1—30　RICH 7・7 BLDG 2F	(011) 717—6547	(011) 717—6546
	東北営業所	960-1242	福島市松川町美郷4－1－1　㈱ゲノムサイエンス研究所内	(024) 537—2480	(024) 537—2481
	首都圏統轄営業所	173-0004	板橋区板橋2－9－3　日本鋼管工事埼京ビル4F	(03) 5248—2861	(03) 5248—2930
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3－5—10　住友商事丸の内ビル5F	(052) 972—0470	(052) 971—2065

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島３－３－４　SPビル７F	(06) 6305—2039	(06) 6305—6255
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東３－１－４　タカ福岡ビル５F	(092) 481—0530	(092) 481—0537
	伊那研究所	396-0002	伊那市大字手良沢岡字大原1063—103	(0265) 76—1777	(0265) 76—0584
株式会社エイアンドティー	本社	220-0005	横浜市西区南幸２—20—５　東伸24ビル	(045) 317—1252	(045) 317—1280
	札幌オフィス	003-0022	札幌市白石区南郷通13—南３—１	(011) 864—1165	(011) 864—1162
	仙台オフィス	980-0802	仙台市青葉区二日町３—10	(022) 712—3021	(022) 712—3023
	横浜本社オフィス	220-0005	横浜市西区南幸２—20—５　東伸24ビル	(045) 317—1253	(045) 317—1280
	名古屋オフィス	460-0002	名古屋市中区丸の内３—17—６	(052) 961—3661	(052) 961—3662
	大阪オフィス	560-0082	豊中市新千里東町１－４－２　千里ライフセンタービル17F	(06) 4863—7737	(06) 4863—7750
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東１—16—19　博多昭和ビル	(092) 414—4333	(092) 414—4355
栄研化学株式会社	本社	113-8408	文京区本郷１—33—８	(03) 3813—5401	(03) 3818—1207
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西14—３—23　札幌泉ビル	(011) 281—5401	(011) 281—5404
	仙台営業所	980-0011	仙台市青葉区上杉２—３—７　K２小田急ビル７F	(022) 712—2882	(022) 712—2881
	東京第1/2営業所	114-0002	北区王子５—26—20	(03) 3913—6497	(03) 3919—8953
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内３—８—８　小島ビル	(052) 951—3022	(052) 971—1146
	京都営業所	604-0857	京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町280　カーニープレイス京都烏丸ビル	(075) 212—7277	(075) 212—7288
	大阪営業所	541-0052	大阪市中央区安土町３—３—９　田村駒ビル３F	(06) 6264—5312	(06) 6264—5322
	広島営業所	733-0812	広島市西区己斐本町２—12—30　SKビル	(082) 271—5319	(082) 272—1272
	高松営業所	760-0056	高松市中新町12—１　徳寿ビル	(087) 837—7787	(087) 837—2393
	福岡営業所	810-0001	福岡市中央区天神４—２—36　天神栄泉ビル	(092) 751—2227	(092) 711—7085
エム・シー・メディカル株式会社	本社	160-8355	新宿区西新宿７—５—25　西新宿木村屋ビル	(03) 5330—7861	(03) 5330—0499
	東京支店	160-8355	新宿区西新宿７—５—25　西新宿木村屋ビル	(03) 5330—7863	(03) 5330—7867
	大阪支店	542-0081	大阪市中央区南船場２—１—10　船場モンブランビル	(06) 6271—7855	(06) 6271—1012
	九州支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東３—13—21　エフビル	(092) 476—0833	(092) 476—0832
大塚製薬株式会社	本社	101-8535	千代田区神田司町２—９	(03) 3292—0021	
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社	本社，東京オフィス	135-0016	江東区東陽６—３—２　イースト21タワー	(03) 5632—7300	(03) 5632—7338
	北海道オフィス	060—0042	札幌市中央区大通西12—４	(0120) 03—6527	
	東北オフィス	980-0021	仙台市青葉区中央４—10—３	〃	
	大宮オフィス	330-0844	さいたま市大宮区下町２—43—１	〃	
	船橋オフィス	273-0005	船橋市本町１—18—10	〃	

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	横浜オフィス	222-0033	横浜市港北区新横浜３―20―12	〃	
	名古屋オフィス	460-0002	名古屋市中区丸の内１―４―12	〃	
	大阪オフィス	532-0003	大阪市淀川区宮原３―５―36	〃	
	広島オフィス	732-0824	広島市南区的場町１―２―18	〃	
	岡山オフィス	700-0976	岡山市辰巳22―103	〃	
	松山オフィス	790-0003	松山市三番町４―11―６	〃	
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅前東２―14―１	〃	
株式会社オービーシステム	東京本社	140-0004	品川区南品川５―３―10　ミヤデラビル	(03) 3471―9862	(03) 3471―9860
	大阪本社	559-0031	大阪市住之江区南港東８―２―19	(06) 6612―8878	(06) 6612―8854
	九州オフィス	812-0054	福岡市東区馬出１―13―８	(092) 643―2338	(092) 643―7288
	上　　海	200001	上海市延安東路500号延福大厦25楼	(021)6360―6235	(021)6360―6219
株式会社オムコ医研	本　　社	536-0004	大阪市城東区今福西５―６―13	(06) 6934―8111	(06) 6934―8115
オリンパス光学工業株式会社	東京分析機グループ	163-0914	新宿区西新宿２―３―１　新宿モノリス	(03) 3340―2227	(03) 6901―4916
	札幌支店	060-0034	札幌市中央区北４条東１―２―３　札幌フコク生命ビル	(011) 222―2551	(011) 222―2587
	仙台支店	981-0911	仙台市青葉区台原２―10―32　KSビル２F	(022) 274―3121	(022) 218―9179
	大宮支店	330-0038	さいたま市宮原町２―16―14　新正ビル	(048) 665―5396	(048) 665―5332
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦２―19―21　ユース平八堂ビル	(052) 201―4868	(052) 201―8581
	大阪支店	542-0081	大阪市中央区南船場２―12―26　オリンパス大阪センター	(06) 6252―6697	(06) 6251―0094
	金沢支店	920-0024	金沢市西念１―１―３　コンフィデンス金沢８F	(076) 222―3434	(076) 262―2318
	広島支店	730-0013	広島市中区八丁堀16―11　日本生命広島第２ビル	(082) 228―1921	(082) 222―0184
	福岡支店	810-0029	福岡市博多区古門戸町２―４　KSコモンドビル	(092) 262―1235	(092) 281―8708
オルガノ株式会社	本社(機器事業部)	136-8631	江東区新砂１―２―８	(03) 5635―5191	(03) 3699―7220
	札幌支店	060-0907	札幌市東区北７条東５―８―37	(011) 704―1132	(011) 751―2622
	仙台支店	980-0811	仙台市青葉区一番町４―１―１	(022) 261―6801	(022) 264―3035
	名古屋支店	450-0002	名古屋市中村区名駅４―５―20	(052) 583―1861	(052) 583―1866
	大阪支店	564-0053	吹田市江の木町１―６	(06) 6193―7605	(06) 6192―8552
	広島支店	730-0011	広島市中区基町12―３	(082) 228―9977	(082) 228―2811
	福岡支店	810-0012	福岡市中央区白金１―17―８	(092) 526―7833	(092) 526―7922
株式会社カイノス	本　　社	113-0033	文京区本郷２―38―18	(03) 3816―4485	(03) 3816―6517
	札幌営業所	060-0807	札幌市北区北７条西４―１―２	(011) 737―5290	(011) 737―5292

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	仙台営業所	982-0012	仙台市太白区長町南３－３－43	(022) 249－5527	(022) 249－7544
	東京営業所	113-0033	文京区本郷２－38－18	(03) 3816－4481	(03) 3816－4110
	名古屋営業所	464-0802	名古屋市千種区星ヶ丘元町14－70	(052) 783－1364	(052) 783－1365
	大阪営業所	533-0031	大阪市東淀川区西淡路１－１－32	(06) 6370－1131	(06) 6370－7710
	広島営業所	739-0263	東広島市志和流通１－85	(082) 224－1480	(082) 224－1481
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東１－14－34	(092) 441－6996	(092) 441－6997
協和メデックス株式会社	本　　社	104-0042	中央区入船２－１－１	(03) 3297－8103	(03) 3297－8113
	東京支店	104-0042	〃	(03) 3297－8111	(03) 3297－8115
	大阪支店	530-0001	大阪市北区梅田１－12－17	(06) 6346－4821	(06) 6346－4826
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西７－１	(011) 261－5455	(011) 261－5457
	仙台営業所	980-0822	仙台市青葉区立町27－21	(022) 213－3821	(022) 213－3829
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内３－21－25	(052) 962－7370	(052) 953－6010
	広島営業所	732-0827	広島市南区稲荷町２－16	(082) 261－9880	(082) 261－9882
	四国営業所	790-0001	松山市一番町３－２－11	(089) 941－8807	(089) 941－8905
	九州営業所	812-8663	福岡市博多区博多駅前２－２－１	(092) 474－5222	(092) 452－3369
	横浜出張所	220-0004	横浜市西区北幸２－８－４	(045) 324－2591	(045) 324－2597
久保田商事株式会社	本　　社	113-0033	文京区本郷３－29－９	(03) 3815－1331	(03) 3814－2574
	札幌営業所	001-0032	札幌市北区北32条西２－３－12	(011) 758－3920	(011) 758－3921
	仙台営業所	980-0004	仙台市青葉区宮町４－５－43	(022) 223－4927	(022) 223－4926
	つくば営業所	305-0033	つくば市東新井26－17	(0298) 56－3211	(0298) 56－5811
	新潟営業所	950-0982	新潟市堀之内南２－８－16	(025) 241－8407	(025) 241－8408
	名古屋営業所	460-0007	名古屋市中区新栄１－17－24	(052) 262－3705	(052) 262－3706
	大阪営業所	540-0013	大阪市中央区内久宝寺町４－２－17	(06) 6762－8471	(06) 6762－8473
	広島営業所	730-0049	広島市中区南竹屋町２－12	(082) 243－6514	(082) 243－6528
	四国営業所	790-0038	松山市和泉北２－６－31	(089) 946－1080	(089) 946－1081
	福岡営業所	812-0061	福岡市東区筥松１－６－11	(092) 621－1161	(092) 621－1162
CLINICA Corporation	Fallbrook		1432 South Mission Road Fallbrook, California 92028	(800) 728－5205	(760) 728－2902
	San Marcos		774 North Twin Oaks Valley Road, Suite C San Marcos, California 92069	(760) 744－1900	(760) 941－9593
	㈱ベリタス	105-0001	港区虎ノ門２－７－14　八洲ビル	(03) 3593－3211	(03) 3593－3216
興和㈱ライフサイエンス事業部	本社，名古屋支店	460-8625	名古屋市中区錦３－６－29	(052) 963－3296	(052) 963－3297

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	東京支店	103-8433	中央区日本橋本町3－4－14	(03) 3279—7514	(03) 3279—7541
	大阪支店	541-8511	大阪市中央区淡路町2－3－5	(06) 6204—6182	(06) 6204—6188
	札幌営業所	060-0061	札幌市中央区南1条西7—15	(011) 209—9120	(011) 209—9121
	仙台営業所	980-0801	仙台市青葉区木町通1－1—26	(022) 267—1784	(022) 211—6969
	広島営業所	730-0014	広島市中区上幟町8—20	(082) 502—8571	(082) 502—8570
	福岡営業所	812-0025	福岡市博多区店屋町4—15	(092) 271—2663	(092) 282—0392
株式会社コスモテック	本社	101-0032	千代田区岩本町1－3－9	(03) 5687—5787	(03) 5687—5980
小林記録紙株式会社	本社	448-8656	刈谷市小垣江町北高根115	(0566) 26—5310	(0566) 26—5308
	医療事業部	460-0003	名古屋市中区錦1—17—13	(052) 222—3121	(052) 222—7135
株式会社サトー	本社	150-0013	渋谷区恵比寿1—21—3　恵比寿NRビル	(03) 5789—2193	(03) 5420—5683
	営業本部	150-0013	渋谷区恵比寿4－9—10	(03) 5449—4410	(03) 5449—4464
	東京支社	150-0013	〃	(03) 5449—3105	(03) 5449—9245
	大阪支社	564-0051	吹田市豊津町10—26　21センチュリービル	(06) 6369—5070	(06) 6369—5071
	札幌支店	007-0837	札幌市東区北37条東15—1—18	(011) 702—4111	(011) 702—4118
	仙台支店	981-3133	仙台市泉区泉中央1—20—4	(022) 772—5011	(022) 772—5014
	名古屋支店	451-0082	名古屋市西区大金町5－6	(052) 523—8500	(052) 523—8508
	広島支店	731-0103	広島市安佐南区緑井3—18—12	(082) 870—7100	(082) 870—7102
	福岡支店	811-2205	粕屋郡志免町大字別府680—1	(092) 626—1311	(092) 626—1300
	他7支店17営業所				
三光純薬株式会社	本社	101-0032	千代田区岩本町1—10—6	(03) 3863—3271	(03) 3864—5644
	東京支店	101-0032	千代田区岩本町1—10—6	(03) 3863—3261	(03) 3862—3079
	大阪支店	532-0003	大阪市淀川区宮原5－8－5	(06) 6391—2501	(06) 6396—6488
	福岡支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東3—10—15	(092) 482—2751	(092) 482—2756
	札幌営業所	060-0906	札幌市東区北6条東2－2—12	(011) 711—3696	(011) 742—1957
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町1—11—2	(022) 267—2291	(022) 267—2293
	名古屋営業所	453-0839	名古屋市中村区長筬町5—49	(052) 412—3772	(052) 412—7825
	中四国営業所	730-0022	広島市中区銀山町1—11	(082) 243—2678	(082) 243—4942
塩野義製薬株式会社	本社	541-0045	大阪市中央区道修町3－1－8	(06) 6202—2161	(06) 6222—1702
	東京支店	150-0002	渋谷区渋谷2—17—5　シオノギ渋谷ビル	(03) 3406—8111	(03) 5467—3405
	診断薬部	566-0022	摂津市三島2－5－1　摂津工場508工場4F	(06) 6381—7343	(06) 6381—4281

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
株式会社システムバイオティックス	本社	230-0046	横浜市鶴見区小野町75－1　リーディングベンチャープラザ5F	(045) 508—2601	(045) 508—2602
シスメックス株式会社	本社	651-0073	神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1	(078) 265—0500	(078) 265—0524
	仙台支店	981-3133	仙台市泉区泉中央1－23－4　ノースファンシービル2F	(022) 375—7751	(022) 375—8603
	北関東支店	330-0843	さいたま市大宮区吉敷町4－54－1　キャピタルビル7F	(048) 600—3888	(048) 601—2272
	東京支店	113-0033	文京区本郷1－24－1　本郷MFビル5F	(03) 3814—5046	(03) 3815—0936
	名古屋支店	465-0092	名古屋市名東区社台3－85－1	(052) 775—8101	(052) 775—5217
	大阪支店	564-0063	吹田市江の木町17－1　江坂全日空ビル5F	(06) 6337—8300	(06) 6337—8200
	広島支店	730-0036	広島市中区袋町3－17　シシンヨービル5F	(082) 248—9070	(082) 248—9075
	福岡支店	812-0016	福岡市博多区博多駅南4－9－24	(092) 411—4314	(092) 474—3862
株式会社常光	本社	113-0033	文京区本郷3－19－4	(03) 3815—1717	(03) 3815—1759
	東京技術研究所	213-8588	川崎市高津区宇奈根731－1	(044) 811—9211	(044) 811—9209
	札幌支店	060-0807	札幌市北区北7条西2	(011) 736—1311	(011) 716—4701
	名古屋支店	460-0012	名古屋市中区千代田5－8－30	(052) 251—3878	(052) 251—3879
	大阪支店	567-0811	茨木市上泉町9－37	(0726) 24—4411	(0726) 24—4477
	福岡支店	812-0029	福岡市博多区古門戸3－12	(092) 281—5757	(092) 281—5760
	仙台営業所	983-0045	仙台市宮城野区宮城野1－26－21	(022) 292—7170	(022) 292—7305
	新潟営業所	950-0836	新潟市東中野山3－5－15	(025) 277—3811	(025) 277—0522
	静岡営業所	439-0037	小笠郡菊川町西方154	(0537) 36—1126	(0537) 36—2169
	広島営業所	734-0022	広島市南区東雲2－2－14－104	(082) 508—0852	(082) 508—0851
住友製薬バイオメディカル株式会社	本社	541-0044	大阪市中央区伏見町2－1－1	(06) 6229—5645	(06) 6228—6070
	東京支店	104-0031	中央区京橋1－12－2	(03) 5159—2550	(03) 5159—2947
生化学工業株式会社	本社	103-0023	中央区日本橋本町2－1－5	(03) 3270—0536	(03) 3242—5335
株式会社セントラル科学貿易	東京本社	111-0052	台東区柳橋1－8－1	(03) 5820—1500	(03) 5820—1515
	札幌営業所	001-0037	札幌市北区北37条西9－1－10	(011) 746—4442	(011) 746—4456
	大阪支店	533-0031	大阪市東淀川区西淡路1－1－36	(06) 6325—3171	(06) 6325—5180
	福岡営業所	812-0016	福岡市博多区博多駅南1－2－15	(092) 482—4000	(092) 482—3797
第一化学薬品株式会社	本社	103-0027	中央区日本橋3－13－5	(03) 3272—0681	(03) 3281—0510
	首都圏営業所	103-0004	中央区東日本橋2－8－3	(03) 3851—6161	(03) 3851—7729
	東日本営業所	103-0004	〃	〃	〃
	西日本営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原3－3－31　上村ニッセイビル16F	(06) 6350—5023	(06) 6350—6582

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	北海道営業所	003-0006	札幌市白石区東札幌６条１－２－30	(011) 822—2345	(011) 822—2489
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町３－５－21	(022) 263—8560	(022) 263—8560
	中部営業所	460-0011	名古屋市中区大須４－１－65	(052) 238—0211	(052) 238—4300
	中国営業所	732-0052	広島市東区光町１－10－19	(082) 261—7862	(082) 261—7863
	九州営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東２－10－１　第一福岡ビル３Ｆ	(092) 451—0511	(092) 474—4136
株式会社第一器業	本　　社	114-0024	北区西ヶ原３－25－１	(03) 3918—5496	(03) 3917—6062
	中央研究所	300-3261	つくば市花畑１－15－19	(0298) 64—4311	(0298) 77—1262
大扇産業株式会社	本　　社	534-0021	大阪市都島区都島本通１－15－17	(06) 6928—7441	(06) 6928—7445
	東京支店	170-0005	豊島区南大塚３－47－１　オーエスビル６Ｆ	(03) 3985—3466	(03) 3985—3477
	摂津流通センター	566-0035	摂津市鶴野３－７－14	(0726) 32—3666	(0726) 32—0338
	〈グループ企業〉				
	富山大扇工業㈱	930-0401	中新川郡上市町広野新269	(0764) 74—0336	(0764) 73—0338
	上海大扇塑料包装有限公司		上海市青浦县华新鎮周浜村		
ダコ・サイトメーション株式会社	本　　社	600-8493	京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル	(075) 211—3655	(075) 211—1755
	東京営業所	101-0041	千代田区神田須田町２－３－16　千代田パリオンビル	(03) 5256—6436	(03) 5256—6431
茶谷産業株式会社	大阪本社	541-0052	大阪市中央区安土町１－18－15　野村不動産大阪ビル	(06) 6271—5657	(06) 6271—5365
	東京営業所	107-0051	港区元赤坂１－６－６　第２安全ビル	(03) 3478—6121	(03) 3478—5323
	九州事務所	895-1501	薩摩郡祁答院町下手4622	(0966) 21—8145	(0966) 21—8145
デイドベーリング株式会社	本　　社	164-8603	中野区本町２－46－１	(03) 5365—8200	(03) 5365—8201
	札幌ショールーム	060-0005	札幌市中央区北５条西６－２－２	(011) 251—5035	(011) 251—5135
	仙台ショールーム	981-0933	仙台市青葉区柏木１－２－45	(022) 301—9221	(022) 301—9210
	東京ショールーム	164-8603	中野区本町２－46－1	(03) 5352—6556	(03) 5352—6551
	名古屋ショールーム	460-0008	名古屋市中区栄２－６－１	(052) 211—2755	(052) 211—2766
	大阪ショールーム	564-0008	吹田市江坂町１－23－101	(06) 6378—2801	(06) 6378—2805
	福岡ショールーム	810-0025	福岡市博多区店屋町１－31	(092) 283—6388	(092) 283—7285
株式会社テクノメディカ	本　　社	224-0041	横浜市都筑区仲町台５－５－１	(045) 948—1961	(045) 948—1962
	名古屋支店	464-0850	名古屋市千種区今池４－４－９	(052) 741—1516	(052) 741—1517
	大阪支店	564-0062	吹田市垂水町１－28－６－501	(06) 6337—3432	(06) 6337—3482
	福岡支店	812-0015	福岡市博多区山王１－11－35	(092) 483—7333	(092) 483—7334
	札幌営業所	060-0063	札幌市中央区３条西12－325－２－305	(011) 271—3770	(011) 271—3760

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	仙台営業所	984-0032	仙台市若林区荒井字堀添65―1	(022) 287―3771	(022) 287―3772
	甲信越営業所	380-0838	長野市県町460―2―102	(026) 238―7715	(026) 238―7716
	広島出張所	731-0122	広島市安佐南区中筋2―3―4―101	(082) 830―5103	(082) 830―5104
	金沢出張所	920-0342	金沢市畝田町西2―91	(076) 266―8105	(076) 266―8108
	松山出張所	791-8055	松山市清住2―1100―6	(089) 911―6331	(089) 911―6332
	北関東出張所	330-0841	さいたま市大宮区東町2―292	(048) 650―8191	(048) 650―8192
デンカ生研株式会社	本社	103-0025	中央区日本橋茅場町3―4―2　秀和第一茅場町ビル	(03) 3669―9091	(03) 3664―1005
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西18―1―26	(011) 615―2866	(011) 615―2867
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町1―13―24	(022) 264―1138	(022) 268―6084
	新潟営業所	950-0965	新潟市新光町17	(025) 285―8641	(025) 285―9872
	名古屋営業所	464-0026	名古屋市千種区井上町49―1	(052) 788―3981	(052) 788―3985
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島4―7―18	(06) 6307―7061	(06) 6307―7091
	福岡営業所	812-0012	福岡市博多区博多駅中央街8―20	(092) 414―7071	(092) 414―7073
株式会社東機貿	本社	106-8655	港区東麻布2―3―4	(03) 3586―1421	(03) 3586―4385
	東京営業部	140-8644	品川区東品川2―5―8　天王洲パークサイドビル	(03) 5461―3031	(03) 5461―3041
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島1―14―17	(06) 6308―8311	(06) 6308―8353
	札幌営業所	060-0809	札幌市北区北9条西4　エルムビル5F	(011) 717―0350	(011) 758―3901
	仙台営業所	980-0824	仙台市青葉区支倉町4―34　マルキンビル4F	(022) 211―4551	(022) 211―4510
	名古屋営業所	465-0025	名古屋市名東区上社1―407	(052) 775―7800	(052) 775―7830
	九州営業所	812-0031	福岡市博多区沖浜町11―10　サンイースト福岡6F	(092) 271―4695	(092) 271―4669
東京航空計器株式会社	本社及び工場	201-8555	狛江市和泉本町1―35―1	(03) 3489―1130	(03) 3489―1182
	羽田事業部	144-0041	大田区羽田空港1―8―2	(03) 3747―7671	(03) 3747―0374
	名古屋営業所	460-0008	名古屋市中区栄1―11―3　白川アカデミービル	(052) 203―1801	(052) 203―1824
東京貿易株式会社	本社	104-8510	中央区八丁堀2―13―8	(03) 3555―7353	(03) 3555―7271
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町1―3―9　第六広瀬ビル8F	(022) 264―9550	(022) 264―9560
	大阪営業所	541-0057	大阪市中央区北久宝寺町4―4―2　フットワーク住友生命ビル	(06) 4963―9397	(06) 4963―9398
	九州営業所	813-0034	福岡市東区多の津1―14―1　FRCビル4F	(092) 623―1689	(092) 623―1789
東芝ラボメディカル株式会社	本社	113-0033	文京区本郷3―40―11	(03) 3815―2921	(03) 3815―4347
	北海道営業所	065-0042	札幌市東区本町2条2―3―6	(011) 785―3131	(011) 785―1104
	東北営業所	989-3204	仙台市青葉区南吉成2―17―2	(022) 279―3510	(022) 279―5701

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	関東営業所	330-8630	さいたま市北区土呂町1—45—10	(048) 651—9211	(048) 651—8274
	首都圏営業支店	104-0031	中央区京橋1—19— 8	(03) 3562—0211	(03) 3564—2860
	中部営業所	450-0003	名古屋市中村区名駅南1—4—12	(052) 581—9310	(052) 582—7615
	関西営業所	530-0047	大阪市北区南森町2—1—29	(06) 6362—3990	(06) 6365—6424
	中国営業所	730-0031	広島市中区紙屋町1—2—22	(082) 248—2421	(082) 247—5951
	四国営業所	760-0023	高松市寿町1—3—2	(087) 851—3786	(087) 822—5685
	九州営業所	816-0864	春日市須玖北2—8	(092) 575—2711	(092) 575—2705
東ソー株式会社	東京本社	105-8623	港区芝3—8—2	(03) 5427—5181	(03) 5427—5520
	仙台支店	980-0811	仙台市青葉区一番町2—4—1	(022) 266—2341	(022) 267—5745
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦1—17—13	(052) 211—5730	(052) 211—5740
	大阪支店	530-0004	大阪市北区堂島浜1—2—6	(06) 6344—3857	(06) 6344—4186
	福岡支店	810-0001	福岡市中央区天神1—13— 2	(092) 781—0481	(092) 751—7015
	山口営業所	746-8501	新南陽市開成町4560	(0834) 63—9888	(0834) 63—6627
東洋器材科学株式会社	本社	335-0003	蕨市南町4—7—10	(048) 447—3381	(048) 431—4685
東洋紡績株式会社	本社	530-8230	大阪市北区堂島浜2—2—8	(06) 6348—3335	(06) 6348—3833
	支社	103-8530	中央区日本橋小網町17— 9	(03) 3660—4800	(03) 3660—4951
長瀬産業株式会社	東京本社	103-8355	中央区日本橋小舟町5—1	(03) 3665—3174	(03) 3665—3723
	大阪本社	550-8668	大阪市西区新町1—1—17	(06) 6535—2612	(06) 6535—2470
	名古屋支店	460-8560	名古屋市中区丸の内3—14—18	(052) 963—5648	(052) 963—5639
株式会社ニチリョー	本社	101-0032	千代田区岩本町2—4—10　共同ビル	(03) 5820—2411	(03) 5820—2410
	工場	343-0822	越谷市西方2760— 1	(048) 989—1301	(048) 989—1333
	西日本営業所	630-8213	奈良市登大路町11— 1　登大路プラッツ3 F	(0742) 25—0808	(0742) 25—0878
日水製薬株式会社	本社	170-0002	豊島区巣鴨2—11— 1	(03) 3918—8161	(03) 3918—4515
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西10— 4	(011) 242—8566	(011) 242—8570
	仙台営業所	981-0933	仙台市青葉区柏木1—2—45　フォレスト仙台6 F	(022) 717—3401	(022) 717—3410
	東日本産業試薬営業所	330-0802	さいたま市大宮区宮町1—24	(048) 644—7786	(048) 644—7831
	東京営業所	170-0002	豊島区巣鴨2—11— 1	(03) 3940—6461	(03) 3918—8533
	名古屋営業所	460-0024	名古屋市中区正木4—8—7	(052) 682—2818	(052) 681—7536
	大阪営業所	550-0003	大阪市西区京町堀2—12—19	(06) 6449—1500	(06) 6449—1505
	広島営業所	730-0811	広島市中区中島町9—1	(082) 243—2235	(082) 241—4715

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多東2―5―37	(092) 475―7511	(092) 475―7666
ニットーボーメディカル株式会社	東京本社	103-0007	中央区日本橋富沢町5―5	(03) 3660―8595	(03) 3660―8602
	大阪支店	541-0043	大阪市中央区高麗橋4―3―10	(06) 6208―4957	(06) 6208―4976
	札幌営業所	003-0027	札幌市白石区本通り7―北1―33	(011) 866―7001	(011) 866―7012
	仙台営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町1―3―1	(022) 266―8956	(022) 266―8998
	名古屋営業所	460-0003	名古屋市中区錦1―17―13	(052) 231―5138	(052) 231―0158
	広島営業所	730-0029	広島市中区三川町2―11	(082) 241―8245	(082) 541―8245
	福岡営業所	812-0025	福岡市博多区店屋町8―30　博多フコク生命ビル2F	(092) 281―1171	(092) 281―1161
ニップンテクノクラスタ株式会社	本社	169-0075	新宿区高田馬場1―30―5　千寿ビル4F	(03) 5287―6761	(03) 5287―6765
ニプロ株式会社	本社	531-8510	大阪市北区本庄西3―9―3	(06) 6373―3155	(06) 6374―0697
	札幌支店	060-0009	札幌市中央区北9条西19―35	(011) 631―7311	(011) 631―7314
	盛岡営業所	020-0122	盛岡市みたけ5―20―44	(019) 641―8999	(019) 641―8998
	秋田営業所	010-0877	秋田市山王2―1―40　田口ビル5F	(018) 834―3851	(018) 831―2691
	仙台支店	980-0802	仙台市青葉区二日町8―6　二日町島田ビル4F	(022) 268―7756	(022) 268―7743
	新潟支店	950-0915	新潟市鐙西2―29―15　ピュアコートベル2F	(025) 248―7518	(025) 248―7506
	関東北支店	331-0815	さいたま市北区大成町4―421―2	(048) 666―3721	(048) 666―3772
	関東東支店	261-0005	千葉市美浜区稲毛海岸3―1　フラワーヒル稲毛2F	(043) 242―2821	(043) 248―7797
	東京第一・第二支店	113-0033	文京区本郷4―3―4　ニプロビル2F	(03) 3818―0425	(03) 3818―0469
	横浜支店	221-0052	横浜市神奈川区栄町1―1　アーバンスクエア横浜11F	(045) 441―3222	(045) 441―3256
	西東京・山梨営業所	190-0022	立川市錦町2―7―10　西野ビル1F	(042) 521―1471	(042) 521―1476
	山梨営業所	400-0035	甲府市飯田1―1―24　OSD-IIIビル3F	(055) 236―1700	(055) 233―1208
	長野営業所	390-0871	松本市桐3―2―45　山本ビル2F―1	(0263) 36―0522	(0263) 36―5212
	静岡支店	422-8051	静岡市中野新田305―1　東名第一ビル3F	(054) 283―6413	(054) 283―8794
	名古屋支店	465-0024	名古屋市名東区本郷2―91　高柳本郷ビル	(052) 777―1010	(052) 777―1015
	北陸営業所	921-8005	金沢市間明町2―273　中元ビル2F	(076) 292―0245	(076) 292―0216
	京都支店	606-8204	京都市左京区田中下柳町36	(075) 752―0820	(075) 752―0824
	関西第一・第二支店	531-0072	大阪市北区豊崎3―3―13	(06) 6373―0555	(06) 6373―0385
	神戸支店	650-0015	神戸市中央区多聞通4―1―3　ナカヤマビル7F	(078) 361―7585	(078) 361―7587
	岡山支店	700-0951	岡山市田中128―106	(086) 243―7591	(086) 244―0932
	広島支店	731-0135	広島市安佐南区長束3―45―3	(082) 238―8307	(082) 238―8631

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	四国支店	761-8013	高松市香西東町304－1　新栄ビル	(087) 882—2828	(087) 882—7729
	福岡支店	816-0935	大野城市錦町2－2—12	(092) 574—3731	(092) 574—1748
	熊本営業所	862-0913	熊本市尾ノ上1—12—3　ファインパレス尾ノ上103	(096) 331—7330	(096) 331—7335
	鹿児島営業所	890-0046	鹿児島市西田2—28—9　アスカII 1 F	(099) 258—2775	(099) 255—6303
日本ケミファ株式会社	本　　社	101-8678	千代田区岩本町2－2－3	(03) 3851—2974	(03) 3862—2645
	東日本地区	101-8678	〃	〃	〃
	新潟地区	950-0964	新潟市網川原1—15—23	(025) 281—4890	(025) 281—4885
	中部地区	460-0022	名古屋市中区金山5—15—9	(052) 882—5310	(052) 882—5323
	近畿地区	550-0002	大阪市西区江戸堀1—26—20	(06) 6448—1863	(06) 6448—1866
	中国・四国地区	730-0856	広島市中区河原町1—26	(082) 296—4825	(082) 296—4755
	九州地区	812-0018	福岡市博多区住吉3－1—80	(092) 272—4711	(092) 291—1929
株式会社日本抗体研究所	本　　社	370-0021	高崎市西横手町351—1	(027) 353—1411	(027) 353—1770
	東京事務所	151-0063	渋谷区富ケ谷1－1－1　京王代々木ビル	(03) 3469—9351	(03) 3469—9352
日本光電工業株式会社	本　　社	161-8560	新宿区西落合1—31—4	(03) 5996—8000	(03) 5996—8085
	販社、営業所		全国10販社、126営業所		
日本電子株式会社	本　　社	196-8558	昭島市武蔵野3－1－2	(042) 543—1111	(042) 546—3353
	東京支店	190-0012	立川市曙町2－8－3　新鈴春ビル6 F	(042) 528—3341	(042) 528—3439
	札幌支店	060-0809	札幌市北区北9条西3—19　ノルテプラザ5 F	(011) 726—9680	(011) 717—7305
	仙台支店	980-0021	仙台市青葉区中央2－2－1　仙台三菱ビル	(022) 222—3324	(022) 265—0202
	筑波支店	305-0033	つくば市東新井18—1	(0298) 56—3220	(0298) 56—1639
	横浜支店	222-0033	横浜市港北区新横浜3－6－4　新横浜千歳観光ビル	(045) 474—2181	(045) 474—2180
	名古屋支店	450-0001	名古屋市中村区那古野1—47—1　名古屋国際センタービル	(052) 581—1406	(052) 581—2887
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島5—14—5　新大阪INビル	(06) 6304—3941	(06) 6304—7377
	広島支店	730-0015	広島市中区橋本町10—6　西日本銀行三井住友海上共同ビル	(082) 221—2500	(082) 221—3611
	高松支店	760-0023	高松市寿町1－1—12　高松東京生命館	(087) 821—8487	(087) 822—0709
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前2－1－1　福岡朝日ビル	(092) 411—2381	(092) 473—1649
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社	東京本社	116-0014	荒川区東日暮里5－7—18　コスモパークビル	(03) 5811—6290	(03) 5811—6282
	大阪営業所	532-0025	大阪市淀川区新北野1—14—11　大阪新北野第一生命ビル	(06) 6309—5860	(06) 6308—3064
日本ビオメリュー株式会社	本　　社	107-0061	港区北青山2—12—28　青山ビル	(03) 5411—8711	(03) 5411—8710
	札幌オフィス	060-0062	札幌市中央区南2条西7－6－2　日宝南2条ビル3 F	(011) 281—0408	(011) 281—0402

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	仙台オフィス	980-0811	仙台市青葉区一番町1－4－30　さのやビル8F	(022) 221—9784	(022) 221—9763
	東京オフィス	107-0061	港区北青山2—12—28　青山ビル	(03) 5411—8751	(03) 5411—8750
	名古屋オフィス	464-0851	名古屋市千種区今池南29—10　川島第2ビル　203号室	(052) 735—5711	(052) 735—5762
	大阪オフィス	531-0074	大阪市北区本庄東1－1－10　RISE88　8F	(06) 6292—8680	(06) 6292—8686
	福岡オフィス	812-0011	福岡市博多区博多駅前3－9－1　大賀博多駅前ビル5F	(092) 412—7060	(092) 412—7061
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	東京本社	107-0052	港区赤坂8－5—26　赤坂DSビル	(0120) 8555—90	(024) 593—5761
	福島工場	960-2152	福島市土船字五反田1		
	札幌事務所	060-0003	札幌市中央区北3条西2—10—2　札幌HSビル8F	(011) 272—1290	(011) 241—0968
	仙台事務所	980-0803	仙台市青葉区国分町1－8—10　大和ビル2F	(022) 266—3757	(022) 266—3760
	名古屋事務所	460-0002	名古屋市中区丸の内3—17—29　丸の内iaビル6F	(052) 951—6510	(052) 951—6530
	大阪事務所	564-0054	吹田市芳野5—59	(06) 6378—6241	(06) 6378—6244
	広島事務所	730-0806	広島市中区西十日市町9－9　広電三井住友海上ビル7F	(082) 234—6341	(082) 234—6477
	福岡事務所	812-0024	福岡市博多区綱場町8—23　朝日生命福岡昭和通りビル3F	(092) 262—4461	(092) 262—4466
日本ポール株式会社	本社	141-0031	品川区西五反田1－5－1	(03) 3495—8301	(03) 3495—8366
日本ミリポア株式会社	本社	108-0073	港区三田1－4—28　三田国際ビル	(03) 5442—9789	(03) 5442—9736
ニューコン株式会社	本社	116-0014	荒川区東日暮里5—41—12	(03) 3805—2584	(03) 3805—2685
ノートウェア株式会社	本社	105-0012	港区芝大門2—12—9	(03) 5472—8790	(03) 5472—8796
	西日本事業所	700-0902	岡山市錦町1－1	(086) 234—6045	(086) 234—6068
バイオテック株式会社	本社	113-0034	文京区湯島2—29—4　古沢ビル	(03) 3816—6931	(03) 3818—4554
	大阪営業所	533-0034	大阪市東淀川区東中島1－6—14　第2日大ビル1001号	(06) 6379—1555	(06) 6379—1565
バイエルメディカル株式会社	本社	150-0013	渋谷区恵比寿1—19—15　ウノサワ東急ビル	(03) 3440—2411	(03) 3440—2426
	札幌支店	003-0027	札幌市白石区本通20—北1—72	(011) 846—3255	(011) 846—3155
	盛岡営業所	020-0866	盛岡市本宮2—32—16　オフィスタイラA	(019) 635—2651	(019) 635—2825
	仙台支店	982-0014	仙台市太白区大野田字観音堂66—1　第三横山ハイツ	(022) 304—1468	(022) 246—0118
	東京第一支店	150-0013	渋谷区恵比寿1—19—15　ウノサワ東急ビル	(03) 5475—0441	(03) 5475—0421
	東京第二支店	330-0064	さいたま市浦和区岸町7－5—21　プリミエコート岸町ビル	(048) 825—9711	(048) 825—9725
	長野営業所	380-0921	長野市栗田1005　大成コートワンビル	(026) 224—9901	(026) 224—9484
	金沢営業所	920-0022	金沢市北安江1—8－3　アリックスビル	(076) 260—0311	(076) 260—0310
	名古屋支店	465-0024	名古屋市名東区本郷2—218	(052) 778—6501	(052) 778—6506
	大阪支店	564-0062	吹田市垂水町3—18—9　ユーコービル	(06) 6380—0333	(06) 6380—0368

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	広島支店	733-0035	広島市西区南観音３－５－２　空港通りビル	(082) 295—8211	(082) 295—8453
	高松営業所	760-0017	高松市番町２—17—15　第２讃機ビル	(087) 851—5430	(087) 851—8362
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前３—10—24　藤井ビル	(092) 474—3640	(092) 474—3665
株式会社ビー・エム・エル	本社(営業本部)	151-0051	渋谷区千駄ヶ谷５—21—３	(03) 3350—0275	(03) 3350—0182
	札幌営業所	004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク２－６—12	(011) 807—6575	(011) 807—6583
	仙台営業所	984-0015	仙台市若林区卸町５－２—10	(022) 236—4611	(022) 236—4612
	富山営業所	939-2708	婦負郡婦中町島本郷47—２	(076) 422—1391	(076) 422—7530
	埼玉営業所	350-1101	川越市的場1361—1	(049) 232—0205	(049) 232—0112
	名古屋営業所	461-0001	名古屋市東区泉１－８—33	(052) 950—5050	(052) 951—4141
	大阪営業所	567-0034	茨木市中穂積３—15—24	(072) 621—8811	(072) 621—8817
	広島営業所	733-0036	広島市西区観音新町１－２—21	(082) 234—7366	(082) 234—7367
	松山営業所	790-0046	松山市余戸西６－１－４	(089) 965—0105	(089) 965—0288
	福岡営業所	812-0062	福岡市東区松島１—44—12	(092) 621—9991	(092) 621—9995
株式会社 日立ハイテクノロジーズ	本　　社	105-8717	港区西新橋１—24—14	(03) 3504—5841	(03) 3504—7754
	北海道支店	060-0005	札幌市中央区北５条西５－２　住友生命札幌ビル	(011) 221—7241	(011) 271—1327
	東北支店	980-0021	仙台市青葉区中央３－２－１　青葉通プラザ	(022) 264—3211	(022) 267—6453
	中部支店	450-0002	名古屋市中村区名駅４－６—18　名古屋ビル	(052) 583—5791	(052) 583—5800
	関西支店	532-0003	大阪市淀川区宮原３－３—31　上村ニッセイビル	(06) 4807—2571	(06) 4807—2559
	中国支店	730-0011	広島市中区基町11—13　第一生命ビル	(082) 221—4514	(082) 221—4513
	九州支店	810-0001	福岡市中央区天神２—12—１　天神ビル	(092) 721—3502	(092) 721—3518
	四国営業所	760-0017	高松市番町１－１－５　日本生命高松ビル７Ｆ	(087) 825—9977	(087) 823—1550
フィンガルリンク株式会社	本　　社	130-0005	墨田区東駒形２—13—13	(03) 3625—6543	(03) 3625—6546
	札幌営業所	065-0024	札幌市東区北24条東２－４—10	(011) 711—7813	(011) 711—7816
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原３－３—11　新大阪プラザビル310	(06) 6150—3939	(06) 6150—3940
	盛岡開発センター	020-0033	盛岡市盛岡駅前北通５－６　MDIビル	(019) 626—6543	(019) 626—6545
フクダ電子株式会社	本　　社	113-8483	文京区本郷３—39—４	(03) 3815—2121	
ファルマシア有限会社	東京本社	163-1439	新宿区西新宿３—20—２　東京オペラシティタワー39Ｆ	(03) 5365—8338	(03) 5365—8336
	大阪営業所	532-0004	大阪市淀川区西宮原１－８—29　テラサキ第２ビル２Ｆ	(06) 6350—2242	(06) 6350—2197
	筑波工場	300-4294	つくば市和台23	(0298) 64—6810	(0298) 64—7618
富士工業株式会社	本　　社	113-0034	文京区湯島４－１—14	(03) 3814—3621	(03) 3814—3625

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
株式会社富士テクノサプライ	本社	359-1145	所沢市山口1146—4	(042) 903—1811	(042) 903—1810
富士フイルムメディカル株式会社	本社	104-0061	中央区銀座７—13—８　第２丸高ビル	(03) 3545—3321	(03) 5565—7020
	北海道営業所	060-0807	札幌市北区北７条西５—７—１　札幌北スカイビル	(011) 757—7777	(011) 728—2010
	東北営業所	981-0933	仙台市青葉区柏木１—２—45　フォレスト仙台ビル	(022) 717—0741	(022) 301—9198
	東京営業所	104-0061	中央区銀座７—13—８　第２丸高ビル	(03) 3545—3308	(03) 5565—7024
	西関東営業所	190-0037	立川市錦町１—８—13　市川ビル	(042) 548—8701	(042) 548—8740
	北関東営業所	330-0081	さいたま市中央区新都心４—１	(048) 601—0131	(048) 601—0135
	南関東営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜２—13—13　KM第１ビル５F	(045) 474—0722	(045) 474—0725
	東海営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内１—５—28　伊藤忠丸の内ビル	(052) 221—7871	(052) 203—4875
	北陸営業所	920-0864	金沢市高岡町１—39　住友生命金沢高岡町ビル	(076) 223—1722	(076) 223—3179
	四国営業所	760-0050	高松市亀井町8—11　高松あおば生命ビル	(087) 834—8844	(087) 833—4694
	九州営業所	812-0018	福岡市博多区住吉３—１—１　富士フイルムビル	(092) 218—3655	(092) 282—1220
富士レビオ株式会社	本社	103-0007	中央区日本橋浜町２—62—５　FRビル	(03) 5695—9210	(03) 5695—9234
	札幌出張所	060-0908	札幌市東区北８条東３—２—10　宮村ビル	(011) 731—2500	(011) 731—2501
	盛岡出張所	020-0034	盛岡市盛岡駅前通り15—19　盛岡フコク生命ビル	(019) 625—2363	(019) 625—2484
	仙台営業所	984-0015	仙台市若林区卸町１—１—６　ハサゼンビル	(022) 236—2206	(022) 238—2646
	北関東営業所	330-8545	さいたま市大宮区宮町２—81　日本生命アネックスビル	(048) 643—0321	(048) 644—2724
	東日本支店	103-0007	中央区日本橋浜町２—62—５　FRビル	(03) 5695—0711	(03) 5695—0858
	千葉営業所	260-0854	千葉市中央区長洲１—１—10　K.C.Sビル４F	(043) 222—9260	(043) 222—9553
	横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜３—18—14　住生新横浜第２ビル７F	(045) 478—3181	(045) 475—4104
	名古屋営業所	465-0025	名古屋市名東区上社２—174	(052) 775—1081	(052) 775—1833
	京都営業所	615-0022	京都市右京区西院平町25　東芝京都ビル	(075) 315—0508	(075) 315—0625
	西日本支店	532-0033	大阪市淀川区新高３—９—14　MMビル４F	(06) 6150—5520	(06) 6150—5530
	広島営業所	732-0052	広島市東区光町１—10—19　日本生命広島光町ビル	(082) 264—3366	(082) 263—7712
	福岡営業所	812-0042	福岡市博多区豊２—５—７	(092) 472—5661	(092) 474—8555
扶桑薬品工業株式会社	本社事務所	536-8523	大阪市城東区森之宮２—３—11	(06) 6969—1131	(06) 6969—2341
	札幌支店	003-0005	札幌市白石区東札幌５条１—２—20	(011) 814—3811	(011) 814—3815
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町１—14—21	(022) 221—2656	(022) 262—2600
	東京第一支店	103-0023	中央区日本橋本町２—４—５	(03) 5203—7101	(03) 5203—7088
	名古屋支店	461-0001	名古屋市東区泉１—３—26	(052) 962—5001	(052) 971—6592

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	大阪支店	541-0045	大阪市中央区道修町1－7－10	(06) 6203—5671	(06) 6231—6886
	岡山支店	700-0834	岡山市天瀬南町9－12	(086) 225—4505	(086) 225—2329
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町3－59	(082) 228—6591	(082) 228—6594
	福岡支店	812-0024	福岡市博多区綱場町8－23	(092) 271—0501	(092) 291—6739
	その他3支店				
プロメガ株式会社	本　　社	103-0011	中央区日本橋大伝馬町14—15　マツモトビル1F	(03) 3669—7981	(03) 3669—7982
	大阪事務所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1—17—5　ステュディオ新大阪347号室	(06) 6379—7697	(06) 6379—7698
ベックマン・コールター株式会社	本　　社	105-0001	港区虎ノ門3－5－1　虎ノ門37森ビル	(03) 5404—8424	(03) 3578—4605
	札幌オフィス	003-0807	札幌市白石区菊水7条2－7－1　札幌流通倉庫東ビル	(011) 825—9244	〃
	仙台オフィス	980-0803	仙台市青葉区国分町1－8—14　仙台協立第2ビル	(022) 225—8072	〃
	名古屋オフィス	461-0002	名古屋市東区代官町35—16　第一富士ビル	(052) 934—3082	〃
	大阪オフィス	565-0083	豊中市新千里西町1－1－8　第一火災千里中央ビル	(06) 4863—1674	〃
	広島オフィス	732-0805	広島市南区東荒神町3—35　広島オフィスセンタービル	(082) 261—6863	〃
	福岡オフィス	813-0034	福岡市東区多の津1—14—1　FRCビル	(092) 622—7392	〃
株式会社ヘレナ研究所	本　　社	330-0061	さいたま市浦和区常盤9—21—19	(048) 833—3208	(048) 833—3273
	大阪支社	540-0011	大阪市中央区農人橋2－1—31	(06) 6945—1070	(06) 6945—1055
株式会社堀場製作所	本　　社	601-8510	京都市南区吉祥院宮の東町2番地	(075) 313—5736	(075) 321—0752
	東京セールスオフィス	101-0031	千代田区東神田1－7－8　東神田大治ビル5F	(03) 3861—8389	(03) 5823—0144
	西部セールスオフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東2－6—26　安川産業ビル6F	(092) 472—5041	(092) 474—5289
株式会社三菱化学ヤトロン	本　　社	101-0031	千代田区東神田2－1—11	(03) 3862—1761	(03) 3865—1610
	札幌営業所	060-0061	札幌市中央区南1条西6—11	(011) 271—6961	(011) 271—4870
	仙台営業所	980-0802	仙台市青葉区二日町16—15	(022) 723—5066	(022) 723—5068
	東京・関東営業所	101-0031	千代田区東神田2－1—11	(03) 3863—8991	(03) 3863—6277
	名古屋営業所	465-0095	名古屋市名東区高社1—253	(052) 772—9561	(052) 775—6569
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1—18—31	(06) 6325—3621	(06) 6325—0057
	広島営業所	730-0802	広島市中区本川町3－3—23	(082) 291—4601	(082) 292—0451
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東3—14—21	(092) 471—7188	(092) 474—2142
株式会社メディカルジャパン	本　　社	435-0057	浜松市中田町447	(053) 467—1166	(053) 467—1600
	工場所在地	431-3102	浜松市豊西町904—7	(053) 435—9881	(053) 435—9882
有限会社山久化成	本　　社	206-0803	稲成市向陽台4－2－C—1007	(042) 370—4744	(042) 370—4745

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
株式会社ユニフレックス	本社	113-0033	文京区本郷３―26―４　ドルミ本郷７Ｆ	(03) 3816―1004	(03) 3816―1392
	柏センター	277-0861	柏市高田537―１	(04) 7147―3751	(04) 7144―8242
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島１―17―18　新大阪ビル東館２Ｆ	(06) 6323―8344	(06) 6323―8257
ラジオメータートレーディング株式会社	本社	105-0003	港区西新橋３―16―11　西新橋東急ビル	(03) 5777―3500	(03) 5777―3501
	札幌営業所	001-0010	札幌市北区北10条西１―11　浦野ビル	(011) 746―3390	(011) 746―3395
	仙台営業所	980-0824	仙台市青葉区支倉町４―34　マルキンビル	(022) 268―3008	(022) 268―4540
	東京営業所	105-0003	港区西新橋３―16―11　西新橋東急ビル	(03) 5777―3555	(03) 5777―3556
	金沢営業所	920-0025	金沢市駅西本町１―14―29　サン金沢ビル	(076) 231―4455	(076) 231―4499
	名古屋営業所	464-0075	名古屋市千種区内山３―17―４　スズシンビル	(052) 741―8211	(052) 741―8214
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原３―５―36　新大阪MT2ビル	(06) 6350―2000	(06) 6350―2005
	広島営業所	732-0814	広島市南区段原南１―３―53　広島イーストビル	(082) 568―6355	(082) 261―2670
	高松営業所	760-0079	高松市松縄町506　シブヤビル松縄	(087) 815―1551	(087) 865―8448
	福岡営業所	814-0003	福岡市早良区城西１―８―36　安田生命西新町ビル	(092) 822-2135	(092) 822―3180
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社	本社	105-0014	港区芝２―６―１	(03) 5443―7041	(03) 5443―5247
	札幌支店	060-0063	札幌市中央区南３条西10―1001―５　福山南三条ビル６Ｆ	(011) 251―1331	(011) 231―1603
	仙台支店	980-0822	仙台市青葉区立町27―21　仙台橋本ビル６Ｆ	(022) 224―6491	(022) 267―3877
	大宮支店	330-0802	さいたま市大宮区宮町２―35　大宮MTビル８Ｆ	(048) 658―5371	(048) 658―5372
	東京支店	105-0014	港区芝２―６―１	(03) 5765―8081	(03) 5765―8082
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦２―４―３　錦パークビル13Ｆ	(052) 220―5741	(052) 220―5742
	大阪支店	565-0082	豊中市新千里東町１―５―３　千里朝日阪急ビル12Ｆ	(06) 4863―7621	(06) 4863―7625
	広島支店	730-0017	広島市中区鉄砲町８―18　広島日生みどりビル８Ｆ	(082) 223―6151	(082) 223―8069
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前１―４―４　安田生命博多ビル12Ｆ	(092) 461―1021	(092) 461―1025
和光純薬工業株式会社	本社	540-8605	大阪市中央区道修町３―１―２	(06) 6203―3747	(06) 6203―4640
	東京営業所	103-0023	中央区日本橋本町２―１―７　タケダ本町ビル２Ｆ	(03) 3270―9131	(03) 3241―5752
	北海道営業所	060-0001	札幌市中央区北１条西13―４　タケダ札幌ビル４Ｆ	(011) 271―0285	(011) 271―0835
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町２―９―５　コア本町ビル３Ｆ	(022) 222―3072	(022) 264―2228
	北関東営業所	330-0802	さいたま市大宮区宮町４―150―１　金源ビル３Ｆ	(048) 641―1271	(048) 641―1469
	横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜３―１―４　プラスタリアビル７Ｆ	(045) 476―2061	(045) 476―2067
	東海営業所	465-0018	名古屋市名東区八前２―914	(052) 772―0788	(052) 775―9413
	中国営業所	735-0024	安芸郡府中町緑ヶ丘６―40	(082) 285―6381	(082) 286―2033

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	九州営業所	813-0062	福岡市東区松島３―22―30	(092) 622―1005	(092) 621―9345
ワットマンジャパン株式会社	本　　社	110-0005	台東区上野５－６－10　台和上野ビル１Ｆ	(03) 3832―6707	(03) 3832―6457

編集後記

今年も展示会は日本臨床検査自動化学会と日本臨床検査医学会との共催展示会です。

今年は東日本は梅雨明けが遅く，展示目録の最終校正をしている頃やっと夏らしい日になりました。地球温暖化による異常気象でしょうか。

第35回大会も，特別講演，シンポジウムと興味盛りだくさんの企画で，ご期待ください。

共催展示会の盛会を祈ります。(N. W. 記)

平成15年度JACLA展示委員会

川上　彰（日立ハイテクノロジーズ）
北島　信一（和光純薬工業）
末益美智雄（オリンパス光学工業）
冨田　修二（栄研化学）
渡辺　楷（振興会）

2003日本臨床検査自動化学会・
日本臨床検査医学会　共催展示会

2003 EXHIBITORS' CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化振興会（JACLA）
〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-6
（ワイユウビル6F）
Tel. 03（5689）5910
Fax. 03（5689）5917

印刷：壮光舎印刷株式会社
2003年9月17日印刷・発行

（非売品・禁複写）

JACLA

JSCLA http://www1.sphere.ne.jp/jidouka
JSLM http://www.jslm.org
JACLA http://village.infoweb.ne.jp/~fvgh 9010/