


Japan Society
for Clinical Laboratory
Automation(JSCLA)
&
Japanese Society
of Laboratory Medicine(JSLM)

2004 EXHIBITION

EXHIBITORS' CATALOGUE

2004
日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会
共催展示会【展示目録】

9/29(Wed.), 30(Thu.), 10/1(Fri.), 2004
YOKOHAMA CITY JAPAN

蒲生の大クス（鹿児島県蒲生町）

ご 挨 拶



この展示目録は，2004年の日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会共催展示会に際して，今年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものです。

自動化振興会の事業の一つである最新の臨床検査機器および検査試薬の情報がコンパクトにまとめられ，末尾には出展各社のプロフィールも掲載されている。大会の方の申込み演題数，展示出展メーカー数もほぼ昨年と同じですから，例年と同じく7,000人以上もの参加で賑わうものと思います。今年も昨年と同じく臨床検査医学会との共催で例年と変わらぬ盛況になると期待しています。

日本臨床検査医学会は櫻林郁之介会長から渡辺清明会長へ交代されましたが，今後もこの両検査学会が手を携えて時流に遅れぬ"検査室づくり"にお役に立てればと思っています。

最後になりますが，この冊子出版をはじめ，展示会全般にわたっての振興会の方々の御苦労に感謝する次第です。

平成16年9月29日
日本臨床検査自動化学会
会長　中井　利昭

ご 挨 拶



2004年度の日本臨床検査自動化学会および日本臨床検査医学会の共催展示に際し一言挨拶を致します。

一昨年より日本臨床検査医学会は日本臨床検査自動化学会と共同で機器展示を行う事が合意され，参加者も賑わいを見せて大変成功裏に運営されていると伺っております。展示に無駄な経費をかけるのを避けるのは当然ですので良い方向であると考えます。

本年も従来の形と同様に本展示が行われるので，昨年と同様に大いに盛況になる事と期待しております。

本目録は臨床検査機器・試薬の性能などが大変うまくまとめられておりますので，展示をご覧になるにあたり大変参考になると考えます。

展示はただ見学するだけでなく，折角ですので細かい点まで理解をして頂きたいと思います。そういう意味ではこの目録を大いにご利用される事を期待します。

また，本目録は最新の情報が掲載されていますので，お持ち帰りになっても検査室内でも機器・試薬のハンドブックとして利用可能です。

確かに臨床検査業界は現在必ずしも明るい状態にはないですが，診断というのは疾患の治療に不可欠であり今後も大いに発展する可能性が高いものです。関係各位の益々の支援が必要と思いますので，宜しくお願い致します。

最後に本目録作成にご尽力頂きました関係諸氏に感謝致します。

平成16年9月29日
日本臨床検査医学会
会長　渡辺　清明

2004 日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会 共催展示会　展示目録

目　　次

あいさつ（日本臨床検査自動化学会　会長　中井利昭）…… 1

あいさつ（日本臨床検査医学会　会長　渡辺清明）…… 3

臨床化学分析機器…… 7～16

1.分光光度計／2.電解質測定装置（電極法）／3.簡易分析装置／4.専用分析装置／5.多項目自動分析装置／6.ドライケミストリー・システム／7.血液ガス分析装置／8.全自動電気泳動装置／9.電気泳動装置／10.デンシトメータ装置／11.高速液体クロマトグラフィー装置／12.その他

核医学（RIA）機器…… 17～18

13.ラジオイムノアッセイ装置

免疫血清検査機器…… 18～23

14.酵素免疫測定装置／15.蛍光免疫測定装置／16.ネフェロメトリックイムノアッセイ装置／17.ラテックス凝集反応測定装置／18.レーザーネフェロメータ／19.免疫比濁測定装置／20.発光免疫測定装置／21.蛍光偏光装置／22.その他

血液検査機器…… 25～32

23.単項目血球計数装置／24.多項目血球計数装置／25.血液凝固測定装置／26.血小板凝集測定装置／27.赤血球沈降速度自動測定装置／28.血液標本自動作製装置／29.血液像自動分類装置／30.細胞分類装置／31.全自動輸血検査装置／32.その他

細菌検査機器…… 33～36

33.微生物分類同定装置／34.感受性試験装置／35.DNA 測定装置／36.核酸抽出装置／37.その他

尿検査機器 …… 37〜40
38.浸透圧計／39.尿分析装置／40.自動 PSP 測定装置／41.尿沈渣分析装置／42.便潜血測定装置／43.その他

病理検査機器 …… 41〜41
44.自動組織細胞染色装置／45.画像処理装置／46.その他

生理機能検査機器…… 43〜44
47.画像撮影装置／48.心電図システム／49.呼吸機能自動システム／50.超音波膀胱容量測定装置

システム…… 45〜52
51.臨床検査システム／52.検体前処理システム／53.オートラベラー・バーコードプリンタ／54.分注装置／
55.遠心分離器

その他の臨床検査機器 …… 53〜58
56.マイクロピペット／57.希釈装置／58.洗浄器／59.振盪装置／60.恒温槽／61.純水自動製造装置／62.その他

体外診断用医薬品…… 59〜79

自動分析装置専用試薬 …… 81〜85

コントロール血清 …… 87〜101

展示会社・主要製品紹介 …… 103〜150

展示会社住所録 …… 151〜168

臨床化学分析機器

1. 赤外分光光度計（Infrared Spectrophotometer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	波長範囲	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		mL	μL／検体	nm	分／テスト	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
大塚製薬	UBiT-IR300	120 mL以上			約5.5	100／3	31×62×31	22.5	187	呼気中の$^{13}CO_2$測定

2. 電解質測定装置（電極法）Electrolyte Analyzer（by Ion Selective Electrode Method）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	標準方式	サンプラー	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	種類	外部／内部	有・無	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™EL SE-1520	22	60	Na, K, Cl	外部	無	40	13.5×22.5×13.8	1.5		
エイアンドティー	EA06T	28	150	Na, K, Cl	内部	有	100/2.5	26×60×59	35		アットウィルより販売
〃	〃 06R	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	38		〃
〃	〃 07	27	〃	〃	〃	〃	100/2	28×57.6×54.7	25		〃
常光	EX-Z	95	100	Na^+, K^+, Cl^-	〃	有	100/2	24×41×35	18		透析A液，B液測定可能
〃	〃 -D	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		オートサンプラ内蔵
〃	〃 -2000	30	180	Na^+, K^+, Cl^-	〃	〃	100/6	36×54×57	28		搬送接続可能
	EG-Pro	50	120	グルコース	〃	〃	〃	〃	30		
セントラル科学貿易	全自動電解質分析装置 EX-II	27	150	Na, K, Cl	内部	有	200	28×57.6×54.7	25	250	
テクノメディカ	STAX-2	100	80	Na, K, Cl	内部	有	100/3	26×40×38	20	330	
バイエルメディカル	バイエル644	65	50	3		有	30	30×25×22	4	280	
〃	〃 654	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	260	
〃	Rapidchem 744	55		〃			50	37×18×32	7.3		
	〃 754	〃		〃			〃	〃	〃		
ベックマン・コールター	エリーゼ	50	120	2〜6	内部	有	50	64×46×54	23		Na, K, Cl, Li, T-Ca および T-CO_2が測定可

ロシュ・ダイアグノスティックス	電解質分析装置 Roche 9180 シリーズ	95	プリントアウト有45サンプル/h プリントアウト無60サンプル/h	Na, K, Cl, Ca, Li		無	100	31.5×29.5×33.5	6		Cl, Ca, Li 選択

3. 簡易分析装置（Analyzer for Simplified Operation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μL	試薬使用量 μL／検体	処理能力 検体／h	測定項目 種類	測定法	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	ラクテート・プロ™ LT-1710	5		1分/検体	乳酸	電極法	3Vリチウム電池×2	5.5×1.45×8.38	0.05		
	グルコカード ダイアメーター	2		15秒/検体	グルコース	〃	〃	5.1×1.45×8.7	0.045		販売：アベンティスファーマ㈱
〃	〃 ダイアメーターα	〃		〃	〃	〃	〃	5.6×1.45×9.78	0.06		〃
	〃 Gメーター	0.6		〃	〃	〃	〃×1	5.2×1.6×9.0	0.053		〃
アボット ジャパン	エキストラ	2.5		1テスト/20秒	血糖	電極法	単4アルカリ電池	9.9×5.6×2.2	0.07	1.8	ケトン体測定も可能，記憶容量450テスト
	イージーセンス	〃		〃	〃	〃	〃	9.9×5.9×2.1	0.05	1.2	記憶容量150テスト
〃	ソフタック	〃		〃	〃	〃	9Vリチウム電池	13.5×9×4	0.31	2.5	痛みの少ない，前腕上腕での測定，穿刺測定機能一体型，記憶容量450テスト
	プレシジョン Q・I・D	3.5		〃	〃	〃		9.7×4.8×1.45	0.04	1.45	
〃	プレシジョン PC_x	〃		〃	〃	〃	アルカリ電池充電式	19.7×7.5×5.1	0.28		データ管理機能，オンライン機能を装備
東洋紡績	ニコカード CRP	25						20×17×7	0.5	22.8	
	〃 HbA_{1c}	5						〃	〃	〃	
〃	〃 U-Alb	50						〃	〃	〃	
バイエルメディカル	デキスターZII	3～4		30秒/1テスト	GLU	酵素電極法	リチウム3V×2	8.1×6.6×2.5	0.1	1.43	1度のセットで10回測定
	アントセンスII	5～50		60秒/テスト	〃	〃	100	19.5×11.5×5.5	0.6	19.4	カートリッジに血球分離膜を装備
〃	アセンシア ブリーズ	3		30秒/1テスト	〃	〃	リチウム3V×1	6.8×2.8×11	0.1	1.43	1度のセットで10回測定，ハンドルを「引く，押す」だけの簡単操作
	アントセンスIII	5～20		45秒/1テスト	〃	〃	100	20×18×6.5	0.8		

4. 専用分析装置（Special-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μL	試薬使用量 μL／検体	処理能力 検体／h	測定項目 種類	測定法	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	グルコースオートアンドスタット™GA-1151	24		150	グルコース	GOD過酸化水素電極法	160	41.2×40.7×41	22.5		
	アダムス™グルコース GA-1170	30		156	〃	〃	180	53×45×53	31		

〃	アダムスマスター™ DM-3310	3～50		167	グルコース，HbA_0，尿中μ-Alb，尿中Cre		450	53×68.5×50	50		
エイアンドティー	GA 03 T	30/5 自動切換		160～200	グルコース	GOD 固定化酵素電極	100/2.5	26×60×59	35		アットウィルより販売
	〃 03 R	〃		〃	〃	〃	〃	49×47.7×59	38		〃
〃	〃 04	〃		〃	〃	〃	100/3	52×62×56.3	55		〃
	〃 05	〃		〃	〃	〃	100/2	28×57.6×54.7	25		〃
三光純薬	フォト BH メーターVI	40	無		1	比色法	10	11.7×20.7×8.4	1	55	新生児総ビリルビン測定
	自動テオフィリン測定装置 LT-110	4	R1:50，R2:300，R3:50	6	テオフィリン	ラテックス凝集阻止法	100 以下	28.9×41.0×41.5	18	288	製造元：(株)掘場製作所
セントラル科学貿易	APEC グルコースアナライザー	10		85	Glu	固定化酵素	75	27.7×27.7×36.5	16	198	全血可
	ダイヤグルカグルコースアナライザー	〃			〃	固定化酵素過酸化水素電極	150	20×43×43	13	120	〃
日本電子	JIA-HB2010 全自動便潜血免疫自動分析装置	24	第1(156)第2(180)	200	便潜血	金コロイド比色法	最大 0.5K	59×54×58	68	580	・簡単操作・多機能・小型化 ・試薬は液状金コロイド試薬(保冷庫装備)
バイエルメディカル	DCA2000 システム	1		6分/テスト 7分/テスト	HbA_{1c} 尿中微量アルブミン，クレアチニン	ラテックス凝集阻止反応	100	24.1×23.9×27.2	5	29.8	アルブミン指数を自動計算

5. 多項目自動分析装置（Automatic Multi-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス	AU5431	2～50	15～250	6600 テスト/h	98	200/60	507×114×126	1740		オプション ISE 仕様
	〃 5421	〃	〃	5000 〃	〃	200/50	376×114×126	1300		〃
〃	AU2700	1.6～25	120～430	2134 〃	51	100/60	200×114×126	700		〃
	〃 640	2～50	25～300	1200 〃	〃	100/40	185×80×124	530		〃
〃	〃 400	〃	〃	800 〃	〃	100/35	45×76×121	420		〃
茶谷産業	Piccolo ピッコロ	100		4～5/min	14	100/1	15.3×29.2×24.2	6.9	200	Abaxis 社製・遠心方式
デイドベーリング	ディメンション RxL Max	2-60		788	48	100/20	159×81×112	366	3,500	
	〃 Xpand	〃		437	47	〃	129×79×114	348	2,600	
東京貿易	ビオリス 24*i*	3～30	20～330	240	24	100/6	80×64×52	95		
	TMS-1024	2～30	20～300	〃	〃	100/5	65.7×52.9×48.5	60		

〃	〃 -1024H	〃	〃	〃	〃	〃	65.7×53.5×109	70		
	ビオリス 60 *i*	2～60	30～350	600	30	3.0 K	104×76.5×125	200		
東芝メディカルシステムズ	TBA-200FR NEO	2～35	120～	2,000	100	200/15	189×112×110	680		
	〃 -120FR	〃	〃	1,200	〃	〃	160×87.5×122	570		
〃	Accute	2～25	〃	400	35	100/15	103×79×105	320		
	C 8000	2～35	〃	1,200	206	200/15	201×125×122	650		
ニプロ	Compolyse-450	2～35	20～400	180	52	100/5.5	77×62×50.5	125	980	ISE オプション
日本電子	JCA-BM1250 BioMajesty	2 ～ 30（0.1 μL ステップ）	15～150（0.1 μL ステップ）	1,250 テスト/h (ISE 付)	最大 103 (ISE 付)	最大 3K	分析部：148×93×113 操作部：70×70×148	630	4,100	・検体前希釈方式（1～5625 倍） ・最終反応液量：80μL ・4.5 秒サンプル分注サイクル
	JCA-BM1650 〃	〃	〃	1,650 〃 (〃)	〃	〃	〃	〃	4,960	・検体前希釈方式（1～5625 倍） ・最終反応液量：60μL ・3 秒サンプル分注サイクル
〃	JCA-BM2250 〃	〃	10～100（0.1 μL ステップ）	2,250 〃 (〃)	〃	〃	分析部：170×93×115 操作部：70×70×148	700	5,660	・検体前希釈方式（1～5625 倍） ・最終反応液量：80μL ・2 秒サンプル分注サイクル
	JCA-BM9030 〃	1.48～30（0.1 μL ステップ）	15～150（0.1 μL ステップ）	1,650 〃 (〃)	最大 103 (〃)	〃	分析部：148×93×113 操作部：70×70×148	630	5,380	血球成分（HbA_{1C}） 血漿成分（Glu）の同時測定
〃	JCA-BM 9020 〃	〃	〃	1,250 〃 (〃)	〃	〃	〃	〃	4,530	〃
	JCA-BM 6010 〃	1～25（0.1 μL ステップ）	5～300（0.1 μL ステップ）	1,200 〃 (〃)	最大 103 (〃)	〃	分析部：122×85×111 操作部：70×70×148	450	3,870	緊急検体割込ポートサンプル詰リセンサー
バイエルメディカル	opeRA	2～30	325～400	420	27	100/20	119×90×136	301	1,600	オイルテクノロジー採用
	エクスプレスプラス	3～30	50～400	180	26	100/5.8	101.6 × 58.4 × 55.9	76.5		
日立ハイテクノロジーズ	7600-010 S	1.5～35	120～300	最大 800 テスト/h	44 (ISE 付 47)	200/20	245×110×114.5 (分析部のみ)	約 850 (分析部のみ)		
	〃 -020 S	〃	〃	〃 1600 〃	86 (ISE 付 89)	〃 /30	365×110×114.5 (〃)	約 1250 (〃)		
〃	〃 -030 S	〃	〃	〃 2400 〃	〃	〃 /40	485×110×114.5 (〃)	約 1650 (〃)		
	〃 -100 S	2～20	〃	〃 2400 〃	16 (ISE 付 19)	〃 /20	245×110×114.5 (〃)	約 1000 (〃)		
〃	〃 -110 S	構成により異なる	〃	〃 3200 〃	60 (ISE 付 63)	〃 /30	365×110×165 (〃)	約 1400 (〃)		
	〃 -120 S	〃	〃	〃 4000 〃	86 (ISE 付 89)	〃 /40	485×110×165 (〃)	約 1800 (〃)		
〃	〃 -200 S	2～20	〃	〃 4800 〃	32 (ISE 付 35)	〃 /30	365×110×165 (〃)	約 1550 (〃)		
	〃 -210 S	構成により異なる	〃	〃 5600 〃	76 (ISE 付 79)	〃 /40	485×110×165 (〃)	約 1950 (〃)		
〃	〃 -220 S	〃	〃	〃 6400 〃	86 (ISE 付 89)	〃 /50	605×110×165 (〃)	約 2350 (〃)		
	〃 -300 S	2～20	〃	〃 7200 〃	48 (ISE 付 51)	〃 /40	485×110×165	約 2100 (〃)		
〃	〃 -310 S	構成により異なる	〃	〃 8000 〃	〃	〃 /50	605×110×165 (〃)	約 2500 (〃)		
	7700	Dモジュール 2～20 Pモジュール 1.5～35	〃	構成により異なる (最大 800～8000 テスト/h)	構成により異なる (15～86) (ISE 付 19～89)	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		オプション：増設用Eモジュール（免疫項目測定）（販売元ロシュ・ダイアグノスティックス㈱）
〃	7180	1.5～35	〃	最大 800 テスト/h	86 (ISE 付 89)	100/30	分析部：145×800×123 (分析部のみ)	分析部：約 400 操作部：約 30		
	7080	2～25	150～320	最大 360 〃	32 (ISE 付 35)	100/20	分析部：109×76×116 (分析部のみ)	分析部：300 操作部：50		

〃	7020	2～35	180～500	最大200 〃	36 (ISE付39)	100/15	72×72×108.5	約190		
	9000	1.5～35	100～250	最大1,000 〃	最大63 (ISE含む)	100/30	1,875×1,015× 1,300(分析部のみ)	約460 (分析部のみ)		
ベックマン・コールター	シンクロンCX9	3～	200～	900	33	1.76K	189×77×176	516		メンテナンスフリー試薬/検体バーコード対応
	〃 LX20	〃	〃	1,440	41	〃	177.8×104.1× 152.4	727		〃
〃	〃 CX5	〃	〃	600	29	1.77K	154×77×176	367		〃
	〃 LX20 PRO	〃	〃	1,440	41	1.76K	177.8×104.1× 152.4	727		
ロシュ・ ダイアグノスティックス	COBAS INTEGRA400plus	2～100	5～200	460テスト/時	36	160/15	135×66×75	230	2.500	
	〃 〃 800	〃	〃	855 〃	72	200/15	190×90×120		3.950	
〃	モジュラーアナリティクス〈P〉	2～35	20～270	800	44	220/20	245×110×108	850		
	〃 〈D〉	2～20	〃	2,400	16	〃	245×110×169	1,000		
〃	〃 〈PP〉	2～35	〃	1,600	86	〃	365×110×108	1,250		
	〃 〈DD〉	2～20	〃	4,800	32	〃	365×110×169	1,550		
〃	〃 〈DP〉	2～35	〃	3,200	60	〃	〃	1,400		
	〃 〈DDD〉	2～20	〃	7,200	48	〃	485×110×169	2,100		
〃	〃 〈PPP〉	2～35	〃	2,400	86	〃	485×110×108	1,650		
	〃 〈DDP〉	〃	〃	5,600	76	〃	485×110×169	1,950		
〃	〃 〈DPP〉	〃	〃	4,000	86	〃	〃	1,800		
	〃 〈DDDP〉	〃	〃	8,000	〃	〃	605×110×169	2,500		
〃	〃 〈DDPP〉	〃	〃	6,400	〃	〃	605×110×169	2,350		
	〃 〈PPPP〉	〃	〃	3,200	〃	〃	605×110×108	1,840		

6. ドライケミストリー・システム（Dry Chemistry System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体/h	種類	V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™EZ SP-4430	4～6	63	生化学22	80～100	33.8×20.3×16.7	5.4		小型遠心分離機を内蔵
	ポケットケム™BA PA-4130	20	200秒/検体	血中アンモニア	単三電池×2	12.5×8.7×3.1	0.23		
オーソ・クリニカル ダイアグノスティックス	ビトロス950	5～11	900	46	200/20	170×99×140	681	4,150	
	〃 250	〃	250	45	100/12	115×71×120	272	2,250	
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 3500シリーズ	比色6～10 電解質50	77テスト/h	30	300	40×38.5×28 (PF付きはD45.5)	20	270～340	3500・i・p・s 4タイプ
	〃 800	50	1min/検体	3	20	19×26.5×11	2.5	95	電解質専用

〃	〃 100タイプN	10	2 〃	1	30	〃	2	37	アンモニア専用
	〃 300 G	〃	2 〃	〃	300	40×38.5×28	20	190	血糖専用
〃	〃 7000シリーズ	比色10 電解質50	比色電解質混合で190テスト/h	29	〃	54×42×45	40	490～420	7000・i・s 3タイプ
和光純薬工業	富士ドライケム FDC-3500	10	77	30	100/3	40×45.5×28	21	340	
	〃 FDC-7000	10	180	29	100/3	54×42×45	40	490	

7. 血液ガス分析装置（Instrument for Blood Gas Measurement）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™SG SG-1220	70	40	電極法	8	200	20×23×33	7.2		
アイ・エル・ジャパン	GEM プレミア 3000	135～150	20		9	100/1	30.5×30.7×43.2	13.4	380	
シスメックス	ラップトップ型血液分析システム OPTI CCA	最少135	120秒以下	蛍光法	9	110以下	36×23×12	5		
常光	アーマ2000	180	60	ディスポカートリッジ	20	充電式バッテリー	24×29×13	2.4	118	ポータブル型ガス
	JBA-アルファ	100	30	電極法	14	100/2	37×18×32	7		ディスポ式電極
〃	〃 E		〃	〃	21	〃	〃	〃		
テクノメディカ	GASTAT-600	100	30	電極法	4	100/1.5	36.6×47.1×48.7	15	300	pH, pCO2, pO2, Hct
	〃 -601	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	400	〃 (パソコン内臓)
〃	〃 -602 i	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃	600	pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Cl, Ca
	〃 -603 ie	〃	〃	〃	10	〃	〃	〃	800	pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Cl, Ca, Glc, Lac
〃	〃 mini	50	15	センサーカード式	6	100/1	23×10×7	1.2	150	携帯型でプリンター内蔵
バイエルメディカル	バイエル840	55～90	35	電極法	3	400	56.1×50.3×47.8	29.5	1,020	
	〃 850	70～110	〃	〃	7	〃	〃	〃	1,240	
〃	〃 860	95～125	〃	〃	9	〃	〃	〃	1,390	
	〃 840 CO	140	〃	〃	7	〃	70.0×50.3×47.8	37.4	1,470	

〃	〃 850 CO	160	〃	〃	11	〃	〃	〃	1,690	
	〃 860 CO	175	〃	〃	13	〃	〃	〃	1,840	
〃	Rapidpoint 400	100～200	〃	〃	9	150	55×30×42	15.5	600	電極，試薬一体型カートリッジOCDオキシメーターEモジュール，電極，試薬一体型カートリッジ
	405	〃	〃	〃	14	〃	〃	〃		
扶桑薬品工業	アイ・スタット 200	40～100	20		12	9Vリチウム電池	6.4×21×5.2	0.443	150	専用カートリッジ使用により1～8項目同時測定
	〃 300 F	〃	〃		〃	9Vリチウム電池専用充電地	7.6×23.6×5.8	0.575~0.590	150～160	〃
ラジオメータートレーディング	ABL700 シリーズ	35～195	18～25	電極法	16	250	70×55×43	30		
	〃 555 シリーズ	〃～125	19～20	〃	7	〃	40×40×55	37.5		
〃	〃 5	〃～85	30	〃	3	60	34×20×39	8.6		
	〃 77 シリーズ	70	40	〃	8	250	33×23×20	7.2		
ロシュ・ダイアグノスティックス	Roche OMNI モジュラーシステム 1	46	40	電極法	4	160	53×47×42	40		
	〃 〃 2	84		〃	5	〃	〃	〃		
〃	〃 〃 3	〃		〃	10	〃	〃	〃		
	〃 〃 4	76		〃	9	〃	〃	〃		
〃	〃 〃 5	115		〃	10	〃	〃	〃		
	〃 〃 6	129		〃	15	〃	〃	〃		
〃	〃 〃 7	174		〃	11	〃	〃	〃		
	〃 〃 8	〃		〃	12	〃	〃	〃		
〃	〃 〃 9	〃		〃	17	〃	〃	〃		
	〃 〃 7 EX	〃		〃	12	〃	〃	〃		
〃	〃 〃 8 EX	〃		〃	13	〃	〃	〃		
	〃 〃 9 EX	〃		〃	18	〃	〃	〃		
〃	デスクトップ型血液分析システム OMNI C	68	30	〃	10	150 以下	35.4×41×46.7	約 17		

8. 全自動電気泳動装置（Full-Automatic Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス	AES320	25～50	60		100/10	98×67×148	220		
	AES630	〃	165		100/20	140×70×150	280		サンプリングステーション付有

カイノス	マイクロチップ電気泳動装置 コスモアイ SV 1210	1	6 min/12 検体		〃	30×46×33	20		DNA・RNA 解析
常光	ALC-760	25	65	セパラックス SP	100/10	92×65×117	150		アイソザイム全自動機
	LIP-380	〃	48	PAG ゲル	〃	92×65×50	〃		リポ蛋白全自動機
〃	CTE-780	〃	65	セパラックス SP ザルトリウス	〃	92×65×117	150	850	50,000 検体メモリ
	〃 -700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	800	
〃	〃 -9000	〃	266	〃	〃	116.9×75.7×118.7	280		検体自動搬送
	〃 -1800	〃	100	〃	〃	92×65×117	150		病態解析プログラム
ヘレナ研究所	エパライザ 2	25	50	クィックジェル	100/6	80×65.5×55.5	70	600	アイソザイム，脂質，蛋白分画が全自動，バッファー用意不要
	REP	50	60～90	REP 用ジェル	100/20	91×75×147	170	940	高電圧で泳動可能

9. 電気泳動装置（Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
栄研化学	Pagebox "栄研"			Agasheet DNA		21.4×18.0×9.3	0.5	3.57	
常光	電子冷却 ECP-10			寒天 アガロース	100/2	31×41×20	15	35	
	等電点 E セット			セパラックス EF	100/1	30×30×10	2	14.5	
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	パルスフィールド電気泳動装置 ジーンパスシステム		2	アガロースゲル	1K	電源部 48×43×17.5 泳動槽 44.2×50.3×11.4 冷却槽 23×42×24 ポンプ 16×18×12	10 10.2 14 29	380	CHEF 方式
ベックマン・コールター	パラゴン CZE2000			N/A		74×58×53	約 60		第一番目の検体の結果報告まで 15 分

10. デンシトメータ装置（Densitometer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	OD 測定範囲	記録方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	数値	感熱他	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
常光	Pix-10				PC プリンタ	100/2	95×42×37 (PC プリンタ除く)	250	250	CCD 画像処理方法
	PAN-FV		150	0～3.0	感圧	〃	60×59×30	48	320	最大 32 分画
ベックマン・コールター	アプレイズ				感熱					

ヘレナ研究所	EDC			0～4.0	PC経由印刷	100/6	80×76.2×142	108	520	可視光・蛍光の測定が可能PC接続による多機能デンシトメーター

11. 高速液体クロマトグラフィー装置（Instrument for High Performance Liquid Chromatography）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	アダムス™エーワンシー HA-8160	4	40	320	53×53×53	38		
シスメックス	D-10 システム	全血5	20	180	40.2×47.6×53.4	35		
	VARIANT II TURBO		37					
東ソー	HLC-723G7	3	50	160	53×56×48(90 SL 時)	49.5(90 SL 時)		
	〃 -725CA II		3	500	68×60×78*	90*		*分析部のみ
〃	〃 -726VMA III	250	4	〃	〃	〃		〃
日本ケミファ	HLC-723GHb V	3	27	100	55×58×50	72	お問い合わせ下さい	
	〃 -723G7	〃	50	160	53×55.5×48.2(90 SL 時)	49.5(90 SL 時)	〃	290 SL タイプも有り
日本電子	JLC-500 Amino Tac	1～200	加水：18分 生体：60分	1.2 K	95×75×90	250	1,800	アミノ酸自動分析機

12. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	オートチューブ丸底	オートチューブ丸底は，自動化学会推奨サイズ(13φ75mm)の試験管で，バーコードを貼りやすい設計になっております．					
	オートチューブ・スピッツ	オートチューブ・スピッツは，丸底タイプと同様の仕様で，少量検体にも対応出来るようにスピッツタイプになっております．					
アロカ	ルミネッセンスリーダ Accu FLEX Lumi400	生物化学発光測定装置(活性酸素，ATP，白血球貪食能などの測定)	約100	本体約26×36×25 分注ユニット約16×20×20	約10 約4.3	168	
東京貿易	ダイヤフラムポンプ TSDP-5, 10, 20	気液混合流体の吸引に最適					特注可能
	プランジャーポンプ TSMP-50～1000	小型・軽量，高精度・高確度，高耐久性					〃

核医学(RIA)機器
免疫血清検査機器

13. ラジオイムノアッセイ装置（Instrument for Radio Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アロカ	全自動 RIA 装置 RIA-2500 シリーズ	〃	10～200	項目による	項目による	200/15	約163×10×145	約 500	構成による	市販ビーズ固相，チューブ固相 RIA 試薬に幅広く対応する全自動分析装置
	オートウェルガンマシステム AccuFLEXγ 7000 シリーズ	〃				7001：350 7010：450	7001 約 99×98×142 7010 約 133×98×142	7001：約550 7010：約480	1,100～1,300	
セントラル科学貿易	オートマチックガンマーカウンター 4/200	RIA 各種				約 200	60×56×52	114	500～	
	〃 10/600	〃				約 300	102×60×80	140	780～	10 本検出器

14. 酵素免疫測定装置（Instrument for Enzyme Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™バイダス SV-5010	47	項目により異なる	最大 36	プレパック方式	180	54×53×44	38		
アズウェル	パーソナルラボ		20～200		50～300	460	66×65×61	約 75	950	マイクロプレート固相 EIA 装置
	アッセイメイト		20～300		50～350	690	88×56×64	約 120	1,600	〃
エイアンドティー	全自動酵素免疫測定装置 MI 01	アレルギー特異 IgE 他	5～100	最大 400 テスト／h	5～100	1K	120×70×130	350		
栄研化学	AIA-21	33	10～125	120	パック	1K	98.5×73.5×135	200	2,280	東ソー社製
	〃 -600 II	37	10～100	60	〃	250	81×62×51	72		〃
〃	AIA-360	33	〃	36		〃	40×40×52	29		〃
	〃 -1800	37	〃	180	〃	500	165×93×125	300		〃
カイノス	Immuno Cube	27	5～80	100	50～200	700	73×68×73	115	950	専用試薬 バーコード対応
	全自動 ELISA システム 「MAGO Plus」	9	200	項目による	25～250	805	120×66×70	90		全自動 ELISA 分析装置
協和メデックス	AP-960	EIA プレート搭載項目	10～200	項目で変動	10～200	100/15	92×76×65	150	1,600	
	AP-96	〃	〃	〃	〃	100/6	59×63×52	80	1,200	
三光純薬	自動マイクロプレート EIA 測定装置 EP-one	マイクロプレート法全般	15～200		50～300	500	62.0×62.9×51.3	50	880	製造元：神田通信工業(株)
デイドベーリング	ベーリング ELISA プロセッサーIII		項目による	項目による	項目による	分析部 450	115×58×60	136	1,980	最大 10 プレート測定

東ソー	AIA-360	33	10～100	36	パック	250	40×40×52	29		
	〃 -600 II	37	〃	60	〃	〃	81×62×51	72		
〃	〃 -1800ST	〃	〃	180	〃	500	165×93×125	300		
	〃 -1800LA	〃	〃	〃	〃	〃	165×110×125	〃		
日水製薬	AIA-600 II	37	10～100	60		200	81×74×51	70	980	
	〃 -1800 ST	〃	10～100	180		500	165×93×125	300	2,480	
〃	〃 -1800 LA	〃	〃	〃		〃	165×110×125	〃	2,680	
	〃 -360	33	〃	36		250	40×40×52	29	360	
日本ケミファ	アレルギー特異 IgE 測定装置 Diapack2000	54	50	30テスト/25分	260～310	500	75×63.5×51	100	お問い合わせ下さい	EIA 法
	全自動酵素免疫測定装置 MI 01	アレルギー特異 IgE 54	5～100	最大 400 テスト/h	〃	1 K	120×70×130	350		
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	全自動マイクロプレート EIA 分析装置 Evolis		項目による	項目による	項目による	500	113×76×95	95	1.500	検体分注から測光まで全工程を自動化
	ノバパス 680 マイクロプレートリーダー					100	34×33×15	5.5	85	インキュベーター付き
〃	全自動マイクロプレート EIA 装置 PhD システム		項目による	項目による	項目による	200	71×56×71	35	900	検体 1 μL から分注
日本ビオメリュー	バイダス	感染症，ホルモン，心筋マーカー，他計 50 以上	項目により異なる	最大 90	プレパック方式	100/3	81×53×41	53	1,500	日常のメンテナンス不要
	ミニバイダス		〃	最大 48		100/1.8	54×53×44	38	480	〃
バイエルメディカル	バイエル イムノ 1	25	1～65	120	460	200/15	165×74×137	426	1,850	オイルテクノロジー採用

15. 蛍光免疫測定装置（Instrument for Fluorescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボットジャパン	IMX アナライザー	36 以上	150	15～40 分		700	70×63×36	43		
	AxSYM アナライザー	〃	83～275	80～120		1.8K	159×83×120	275	1,580	
シスメックス	エルジア・F750	26	20～200	120		1.2K	105×72×70	180	1,200	
	〃 ・FS1200	23	20～100	180		1.5K	142×80×128	360	1,600	
デイドベーリング	ストラタス CS	3	70～90	3		400	69×56×46	64	700	心筋傷害マーカー測定専用機
日水製薬	エバネット EV20	22	8～150	18		200	52×47×26	28	350	

三菱化学ヤトロン	LPIA-A700	40	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
和光純薬工業	LiBASys(リバシス)	AFP-L3	15	50テスト/4hr		900	54×62×115	130	945	

16. ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（Instrument for Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体/h	μL	V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン・コールター	アレイ 360 システム	28	7～20	80	47	100	91×61×66	68		
	IMMAGE イムノケミストリーシステム	36	3～8	180	21	〃	110.5×64.8×76.2	123		

17. ラテックス凝集反応測定装置（Instrument for Latex Agglutination）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体/h	μL	V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™IM SI-3510	CRP, ASO	50	6～8	プレパック方式	100	33×22.4×18.5	6		
栄研化学	LX-2200	23	5-80	150	30～300	100/60	100×65×72.5	160	960	アロカ社製
シスメックス	免疫凝集測定装置 PAMIA-50	18	10	120テスト/h		1.05K	105×58.5×79.5	122		
	〃 -40i	〃	〃	70 〃		480	76.5×56.6×58.2	68		
〃	〃 -30	〃	〃	45 〃		〃	64×54×43.5	65		
バイエルメディカル	バイエル イムノ1	4	2～11	120	300	200/15	165×74×137	426	1,850	オイルテクノロジー採用
堀場製作所	LT-110	テオフィリン	4	6		100	28.9×41×41.5	18	288	血中テオフィリン濃度モニタリング専用
	〃 -128	CRP	8	13		〃	〃	〃	〃	全血，血漿，血清でCRP測定
三菱化学ヤトロン	LPIA-S500	49	3～50	150	20～300	1K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		
	〃 -A700	40	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
〃	〃 -NV7	49	2～35	200	〃	1K	本体：71×72×50 Uボックス：23×45×38	150		

18. レーザーネフェロメータ（LN）（Instrument for Laser Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	テスト／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
デイドベーリング	ベーリングネフェロメータII	血漿蛋白	10～100	225	40	450	124×63×72	160	2,500	
	BN プロスペック	〃	〃	70	〃	〃	107×63×60	115	950	

19. 免疫比濁測定装置（Instrument for Turbidimetric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	テスト／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
三菱化学ヤトロン	LPIA -S500	49	3～50	150	20～300	1K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		
	〃 -A700	40	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
〃	〃 -NV7	49	2～35	200	〃	1K	本体：71×72×50 Uボックス：23×45×38	150		

20. 発光免疫測定装置（Instrument for Luminescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボットジャパン	ARCHITECT *i*2000	25	4～150	最大200		4.7K(最大)	173×112×122	522	2,980	
	〃 *i*2000SR	〃	〃	〃		3.0K(最大)	155×125×122	490	3,500	
栄研化学	ルミスポット LS-2000	14	10～200	100テスト/h	40～50	100/10	120×71×133.5	260		アロカ社製
オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	ビトロス ECi	24	10～200	90			112×74×130	366	1,980	
オリンパス	SphereLight 180	29	10～90	180テスト/h		100/15	125×75×69	230		
カイノス	MM-100形ルミノメーター (MM-0100)	26	200 or 750	640	1,300	80	32×39.5×20.5	14	400	マストイムノシステムズ専用測定装置
協和メデックス	ADVIA Centaur	30	10～200	240	50～450	220/15	184×105×131	545	3,220	
	ACS-180 SE	13	〃	180	〃	2K	149×59×61	160	2,220	

〃	〃 -180 Plus	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2,000	
	AllegroLite	7	〃	170	カートリッジ方式	115/4	134×67×63	90	1,850	
〃	AP-96 C	2	〃	96穴マイクロプレート1枚	10～200	100/6	63×74×52	〃	1,200	
三光純薬	ピコルミII					700	98×75×72	150	1,400	
	〃 8220					〃	95×71×65	130	1,750	
塩野義製薬	LUMIWARD(ルミワード)イムノアッセイシステム	特異 IgE	25	50	25～200	100/15	100×64×47	91	1,800	全自動ランダムアクセス
		総 IgE	10	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
スウェーデンダイアグノスティックス	ユニキャップ100	特異 IgE	40	48T/約2.5		550	68×60×44	46	230	コンパクト
		非特異 IgE	〃	〃						S-IgE・T-IgE 同時測定
〃	ユニキャップ250	特異 IgE	〃	60 T/1		MAX 1200	127×75×95	250	1,450	試薬の架設・保管から結果報告まですべて全自動
		非特異 IgE	〃	〃						
デイドベーリング	スフィアライト180	30	10～90	180テスト/h		100/15	125×75×69	230	1,600	
日本シエーリング	LIAISON システム		5～100	180	項目による	100/5	130×66×63	95		DiaSorin 社製
バイエルメディカル	ACS：Centaur	30	10～200	240	50～450	2K	184×105×131	545	3,220	特異 IgE 59項目，感染症項目追加
	〃 ：180 SE	13	〃	180	〃	1K	149×59×61	160	2,220	コントロールユニット寸法 57×65×61
〃	〃 ：PLUS	〃	〃	〃		〃	〃	〃	1,980	
富士レビオ	ルミパルスf(フォルテ)	35	10～140	120	項目により異なる	2K	125×80×150	404	1,950	
ベックマン・コールター	Access，Access2	37		100		100	99×61×47	91		
	Unicel™Dxl 800	〃		400		200	170×94×172	521.6		
三菱化学ヤトロン	DPCイムライズ	最大12	5～100	120	項目により異なる	100/10	107×63×41	109	880	
	〃 2000	〃 24	〃	200	〃	200/6	152×76×119	403.7	2,500	
〃	〃 1000	〃 12	〃	120	〃	100/6	114×63×47	113	880	
和光純薬工業	Sphere Light 180	29	10～90	180テスト/h		100/15	125×75×69	230		オリンパス（株）製

21. 蛍光偏光装置（Instrument for Polarized Fluorecence）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	分／検体	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	TDXFLX アナライザー	35	50～500	5～22		660	70×60×35	49		

22. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	分／検体	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
協和メデックス	DM-JACK	3項目選択	～10	180	～250	100/3	42×46×43	25	850	HbA 1_c, GLu 1.5 AG, GA
	DM-JACK II	〃	〃	〃	〃	100/6	107×70×107	100	1,600	HbA 2_c, GLu 1.6 AG, GA
〃	〃 Upgrade	〃	〃	〃	〃	〃	43×47×52	33	850	〃
テカンジャパン	Freedom EVO 100/150/200	96ウェルELISA用全自動システム採血管や粗分注されたMTPからのサンプリング可能，STAT機能，IVD指令に準処				600～	107/145/205 ×78×87	106～		ELISA専用オプション Evolyser
	マルチプレートリーダー ジェニオス					200	38×41×17	18.8		オプション部品6～384ウェルフォーマットMTP対応Magellanソフト
バイオテック	ELISA用連続分注・ 洗浄装置 ALCS-2000	本装置はEIA試薬のコーティングにおける，抗原・抗体の分注やブロッキング液の分注が可能で広範囲にわたりコストや労力のかかる作業を全自動で処理する。				110	225×92×54	100		
ロシュ・ ダイアグノスティックス	エクルーシス2010(ラックタイプ)	電気化学発光免疫測定法・卓上型				1.05 K	170×75×70	240	2,500	RD標準5連ラック使用
	〃 (ディスクタイプ)	〃				800	120×75×65	170	2,000	
〃	モジュラーアナリティクス (E)	モジュールアッセンブリ方式，電気化学連続発光法				220/20	245×110×114	895		
	〃 (EE)	〃				〃	365×110×114	1,350		
〃	〃 (PE)	〃				〃	〃	1,300		
	〃 (EEE)	〃				〃	485×110×114	1,805		
〃	〃 (PPE)	〃				〃	〃	1,710		
	〃 (EEEE)	〃				〃	605×110×114	2,260		

血液検査機器

23. 単項目血球計数装置（Blood Cell Counter for Single Item）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
興和	白血球計数装置 LD-2000 system	30	60～100	画像解析	白血球	100/2	35×58×23	16		

24. 多項目血球計数装置（Blood Cell Counter for Multiple Item）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™BC SB-1410	12	50	電気抵抗法	10	250	38×39×42	15		
	スポットケム™CL SB-1420	30	60	〃	18	190	31.5×37×47.5	21		微量血モードあり
〃	スポットケム™CL SB-1430	〃		〃	22	250	38.2×48.5×52	38		〃
アボットジャパン	セルダイン 4000	112.5	72～106	レーザー多角度偏光散乱分離法	32	1.9K(最大)	109×81×74	148.3		CD61，CD3/4/8 測定可
	〃 3700	20～355	60～90	〃	25	1.55K(最大)	76×79×68	131		網赤血球測定可
〃	〃 3200	20～250	60～70	〃	24	800(最大)	48×83×74	105.5		〃
	〃 1700	30～450	40～60	電気抵抗法	18	600	87×66×49	71		キャップピアシング吸引
〃	〃 1800	30	60	〃	〃	900(最大)	66×53×45	55	600	10,000 検体分の検体記憶容量
シスメックス	多項目自動血球分析装置 XT-2000i	サンプラモード 150 クローズドモード 150 マニュアルモード 40 キャピラリーモード 40	80	RF/DC 検出方式 フローサイトメトリー法	31	530	53.0×72.0×63.0	76		ネットワーク対応
	〃 XT-1800i	〃	〃	〃	24	〃	〃	〃		
〃	〃 XE-2100	サンプラモード 130 CP モード 200 キャピラリーモード 40	150～113	RF/DC 検出方式 フローサイトメトリー法	32	1K	70.6×53.5×71.1	134.5		
	〃 SE-9000	サンプラモード：250 マニュアルモード：100 キャピラリーモード：40	120	RF/DC 検出方式	23	1.86K	110.8×61.8×72	165		
〃	多項目自動血球分析装置 自動網赤球測定ユニット SE9000/RAM-1	〃	120～70	〃	28	3.03K	150.8×82×72	204		
	多項目自動血球計数装置 K-4500	サンプラモード：200 マニュアルモード：100 キャピラリーモード：40	80	〃	18	600	58×63×60	50		
〃	〃 SF-3000	サンプラモード：270 マニュアルモード：170 キャピラリーモード：40	〃	フローサイトメトリー法	23	〃	58×73×60	62.5		
	〃 KX-21	全血モード：50 希釈モード：20	60	DC 検出方式	18	230	42×35.5×48	28		
〃	〃 KX-21N	〃	〃	〃	〃	〃	〃	30		ネットワーク対応 チケットプリンタとの接続可能
	〃 KX-21NV（動物用）	〃	〃	〃		250 以下	42×35.5×48	〃		

〃	〃 POCH-100 i	全血モード：約15 希釈 〃 ：20	約24	〃	8	約150以下	18.5×46×35	約14		
	〃 POCH-100 iv(動物用)	全血モード：約15	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
〃	自動血球計数装置 F-820	20	86	〃	15	160	38.7×39.7× 32.5	20		
	〃 F-520	〃	144		5	105	25.2×39.7× 32.5	12.5		
〃	自動網赤血球測定装置 R-3500	マニュアルモード：100 サンプラモード：250 キャピラリーモード：100 クローズドモード：250	120	フローサイト メトリー法	8	2.395K	110.9×82.1×72	134.5		
	〃 R-500	50	40	〃	3	550	48×50×60	50		
日本光電工業	セルタックF MEK-8222	55	80	電気抵抗法 レーザー散乱	22	360	61.3×55.0×58.3	55	780	
	〃 E MEK-7222	〃		〃	〃	250	38.2×48.5×52	38	515	
〃	〃 α MEK-6318	30	60	電気抵抗法	18	190	31.5×37×47.5	21	385	
	〃 α MEK-6308	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃	355	
バイエルメディカル	ADVIA 120	157	120	光学法	67	100/15	141×68×86	180	3,500	CBC, Diff, Retic 同時測定 Retic 恒数
	〃 60	10	55	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	18	150	36×32×42	14	350	廃液パック
〃	〃 70	90*	70	インピーダンス法 MDOS シアンフリー法	17	200	34×59×49	38	950	自動再検，10万検体メモリー (※少量検体モード時)
	〃 2120	175	120	光学法	75	100/15	141/68/86	193	3,700	CSF(脳脊髄液測定)モード 標準搭載
フクダ電子	エースカウンター FLC-220	10	30	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	7	100	30×36×41	13	250	
	〃 FL-250CBC	〃	60	〃	8	80	30×40×41	16	360	
〃	動物用自動血球計数装置 LC-152	12	37	〃	〃	150	36×32×42	14	420	
	自動血球計数装置 LC-550	10	55	〃	18	80	30×40×41	16	398	
ベックマン・コールター	LH750	300	110	アキュカウントテクノロジー VCSフローサイトテクノロジー	29	1.65K	102×61×89 (測定部)	93.2		
	GEN•S System 2	〃	120	電気抵抗法 A-VCSテクノロジー	29	1.65K	99×56×86 (測定部)	104		
〃	HmX	185	75	〃 VCSテクノロジー	24	1.44K	62×62×85	95		
	A^c・T 5diff CP	30	60	〃 ACVテクノロジー	26	240	44×50×58	36.2		
〃	〃 10	12	50	電気抵抗法	10	250	38×39×42	15		
	〃 diff		〃	〃	18	〃	〃	〃		
堀場製作所	LC-250	10	60	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	8	100	30×40×41	16	360	国内ではフクダ電子より FL-250CBC として販売
	ペントラ 20 LC-140	サンプラモード 200 マニュアルモード 130	120 60	電気抵抗法＋ 吸光度測定	26	最大 1K	116.2×54.4× 66.8	90	2,100	白血球5分類測定
〃	〃 120 レチック LC-141	〃	60 40	電気抵抗法＋ 吸光度測定 レーザー蛍光発光	38	本体最大800 レーザー最大900	117×55×74 29×17×11	110 6.1	3,700	白血球5分類，網赤血球測定
	LC-278CRP	CBC+CRPモード18 CBCモード10	CBC+CRPモード13 CBCモード48	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法 ラテックス免疫比濁rate法	8 9	150	30×40×41	18	488	国内ではフクダ電子より FL-278CRP として販売
〃	〃 -152	12	37	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	8	最大 150	36×32×42	14	420	動物用自動血球計数装置
	ペントラ 60 LC-5000	5DIFFモード53 CBCモード130	60	電気抵抗法＋ 吸光度測定	26	最大 200	44.4×48.1× 51.6	35	530	白血球5分類測定

〃	LC-178CRP	CBC+CRP モード 18 CBC モード 10	48 13	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法 ラテックス免疫比濁 rate 法	18 19	150	30×40×41	18	〃	全血で白血球 3 分類を含む血球計数と CRP 同時測定
	〃 -550	10	55	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	18	80	〃	16	398	白血球 3 分類測定
〃	ペントラ 80 LC-5501J	5DIFF モード 53 CBC モード 30	80	電気抵抗法＋吸光度測定	26	300	82×57×54	55		白血球 5 分類測定

25. 血液凝固測定装置（Blood Clot Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エイアンドティー	CG02	25		粘性感知ドライ試薬カード方式	PT, APTT, Fib, TB, HPT	100/1.8	23.5×24.1×10.6	3		アットウィルより販売
三光純薬	ラッククローター	5～50	PT170・ランダム 120	光透過法	凝固・線溶	400	102×72×39	61	760	
	コンパクト XR	〃	〃	〃	〃	〃	72×65×39	51	660	
シスメックス	コアグレックス 800	PT,APTT：30 T：20,Fbg H：10,ATIII：2.5,FDP：3 DD：10	300	散乱光度法，吸光度法	凝固13，合成基質6，ラテックス比濁 6	1,100	58×66×119	150	998 (本体のみ)	
	全自動血液凝固測定装置 CA-7000	PT,APT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 外因子定量：5	500テスト/h	〃	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT 因子定量 AT III,α2PI,PLG, FC-FDP,DD ダイマー	1,450	105×62×76.5	145		
〃	CA-6000 〃	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 外因子定量：5 内 〃 ：10	300 〃	〃	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT因子定量 AT III,α2PI,PLG, FC-FDP,DD ダイマー	930	87×55.2×86	75		※合成基質，免疫比濁はオプション
	CA-1500 〃	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 外因子定量：5 内 〃 ：10	120 〃	〃	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT因子定量 AT III,α2PI,PLG, FC-FDP,DD ダイマー	720	78×78×50	84.5		
〃	CA-550 〃	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 TTO：20 AT III,FDP：10	最大 50 〃	光散乱検出方式 比色法方式	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT因子定量 AT III,α2PI,PLG, FC-FDP,DD ダイマー	400	54×49×47	45		
	CA-510 〃	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20	〃 〃	光散乱検出方式	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT	〃	〃	〃		
〃	CA-530 〃	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 AT III：10	〃	光散乱検出方式 比色法方式	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT,ATIII	〃	〃	〃		
	自動血液凝固測定装置 CA-50	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20		光散乱検出方式	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT,因子定量		32.8×31×10.2	4		
第一化学薬品	コアグレックス 800	2～75	300(凝固分析モード) 180(標準モード)	凝固時間法 合成基質法 ラテックス比濁法	20		57×65×120	100		
日水製薬	エバネット EV 20	8～150	18	蛍光免疫法	FM, FDP, P-FDP, D ダイマー, At III, PIC	200	52×47×26	28	350	
日本ビオメリュー	MDA-II	5～	180	透過光	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT因子定量 AT III,α2PI,PLG, FDP,DD ダイマー	200/7	130×79×163	386	1,480	国内販売元：㈱日立ハイテクノロジーズ
	コアグ-A-メイト MTX	2～	70～80	〃	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT因子定量 AT III,α2PI,PLG	100/4	78×50×54	60	850	〃
〃	ラッククローター	5～	項目により異なる	〃	凝固免疫合成基質	〃	102×72×39	61	760	国内販売元：三光純薬㈱
	コンパクト XR	〃	〃	〃	〃	〃	72×65×39	51	660	〃
三菱化学ヤトロン	ACL 100	10～50	110(PT-FIB 同時測定)	クロット法	凝固	300	75×63×45	52	180	PT-FIB 1 試薬同時測定
	〃 200	〃	〃	クロット法 発色性合成気質法	凝固・線溶	〃	〃	〃	200	〃

〃	〃 7000	〃	175(PT - FIB 同時測定)	〃	〃	300	〃	〃	600	〃
	〃 8000	〃	〃	クロット法 発色性合成基質法 ラテックス凝集法	〃	350	92×60×60	63	780	〃 凝固・線溶ランダム測定
〃	〃 9000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	880	〃
	〃 10000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	920	〃
〃	〃 Advance	〃	240(PT - FIB 同時測定)	〃	〃	300	104×63×59	84	1,100	〃
	〃 TOP	〃	360(PT - FIB 同時測定)	〃	〃	330	151×76×73	150	1,880	〃
ロシュ・ダイアグノスティックス	STA-R	25～200 5 μL 毎可変	最大 300	ビスコシティ・ディテクション方式	凝固時間合成基質免疫比濁	100/20	121×82×125	200		寸法・重量は本体のみ
	STA Compact	25～200 5μL 毎可変	150	〃	〃	100/15	98×66×64	125		〃
和光純薬工業	COAG 2	25		磁性粒子による凝固終点検知方式	PT,APTT Fib,TB,HPT	100/1.8	21×23×10	3	95	(株)エイアンドティー製

26. 血小板凝集測定装置 (Instrument for Platelet Aggregation Test)

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイエスケー	WBA Neo ISK-1	200×4	20	SFP	100/3	25×50×43	20	350	
	ISK シリンジポンプ MODEL 777	2.5 mL		コラーゲンビーズカラム法	〃	23.8×17×15.6	3.7	35	プラビーズカラム PAG 30 入：19,500
興和	PA-20	300	2	レーザー散乱光, LED 濁度法	100/2	41×33×13	8.5		
	〃 -200	〃	4	〃	〃	55×32×15	14		
〃	ET-800	100・200	8	光透過法	〃	52×40×20	15	350	東京光電社製
フィンガルリンク	C 591	全血 500	1	全血インピーダンス法	55	33×23×15	5.9	103	ベットサイドモニター
	C 592	〃	2	〃	120	33×38×15	8.2	189	
〃	490 A	PRP 250	2～4	光透過法 (PRP 法)	100 本体	33×44×15	11.5	176～	アナログ出力
	490 D	〃	〃	〃	〃	〃	〃	248～	パソコン解析
〃	C 560	250～1000	1～4	全血 PRP 兼用	120 本体	46×46×24	15.9	349～	ATP 放出同時測定
	C 500 シリーズ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	387～	オプションにより多機能

27. 赤血球沈降速度測定装置（Instrument for Erythrocyte Sedimentation Rate Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		mL			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
常光	モニター100	1.1	100	レート法	100/1	29×44×18	7		バーコードリーダー
〃	〃 40	〃	40	〃	〃	33×31×20	5		〃
〃	〃 20	〃	20	〃	〃	29×26×18	4		〃
〃	〃 12	〃	12	〃	〃	24×26×20	3	38	〃
テクノメディカ	ESR-quick 15	1.8	15	CCDカメラ画像処理	100/3	39×43×29	25	160	従来の2時間値を30分で測定。真空採血管ダイレクト法
〃	〃 -6000BP	〃	60	国際標準法	〃	53×35×43	〃	300	バーコード対応
〃	〃 -1000	〃	10	〃	〃	32×17×47	11.5	48	
長瀬産業	Quick Eye クイックアイ	1.6 1.0, 0.5(開発中)	20,40,60	CCDカメラ透過法	150	39×45×28	12 g 30 g 36 g	230 330 430	1時間値を20分で測定 結果は沈降カーブによるパターン表示
ニプロ	FA-3		12	ウエスタグレン法	100/0.3	17×37×46	10	45	
フィンガルリンク	Micro test 1	30	1	キャピラリーホトメトリー	250	31×35×58	19.2	336	1検体測定20秒
〃	Roller 20	150	〃	〃	100	51×56×63	23.2	220	処理能力18検体10分
〃	Test 1 TH	〃	〃	〃	250	51×56×64	39.5	399	ラック方式60検体20分

28. 血液標本自動作製装置（Auto Preparing Instrument for Blood Sample）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボットジャパン	セルダインエスエムエス	30～200	80～120	1.5K	84×89×71	120		ウェッジ法
シスメックス	塗抹標本作製装置 SP-100	100	120	1.28K	92×73×70.5	120		
〃	遠心塗抹装置 HEG-NSP	200			19×43×23 (閉蓋時)	20		ヒトおよび実験動物の血液塗抹標本の作製，スピナー法，4,700 rpm
〃	自動染色装置 HEG-NST				44.6×62×40	33		ライト染色，メイギムザ染色や他の染色が可能，タイマー0～99分59秒可能，染色槽：3槽，洗浄槽：1槽

バイエルメディカル	ADVIA S60	20	60	435	54×61×54	37		ウエッジ塗抹標本の作成 HEMA TEK 染色技術
堀場製作所	SPS LX-9131		120	最大1K	91×70×50	80		標本作製，染色まで自動化

29. 血液像自動分類装置（Instument for Blood Cell Differentiation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
		μL	検体/h	V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
シスメックス	血液細胞自動分析装置 MICROX HEG-50S		50		自動顕微鏡ユニット 50×55×47	80		

30. 細胞分類装置（Instrument for Differential Cytology）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
		μL	検体/h		数	V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン・コールター	EPICS XL-MCL System II	指定なし	120	レーザーフロー サイトメトリー	4	3K	87×58×51	84.8		デジタルフローサイトメーター (4カラーオートサンプラタイプ)
	〃 ALTRA	〃	100	〃	6	〃	178×198×132	300		高速セルソーター
〃	Cytomics FC500 CXP	〃	120	〃	5	〃	90×74×61	80		デジタルフローサイトメーター 5カラー，オートサンプラ内蔵

31. 全自動輸血検査装置（Fully Automated Pre-transfusion Blood testing System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体/h		V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス	ID-Gelstation	10～50	30カード/時		100/3	100×60×650	87		
オーソ・クリニカル ダイアグノスティックス	オーソ・オートビュー	血漿 40 RBC 10	48(ABD) 36(Screen)	ABD Screen 等	1.15K	140×75×92	230	1,900	
カイノス	Immucor Gamma GALILEO	50～100	1000	・ABORh ・不規則抗体検査 ・クロスマッチ	800	160×95×175	200(395)	1,900	

32. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アロカ	染色体画像解析装置 Cyto Vision シリーズ	カリオタイピング，FISH，CGH を測定	構成による	構成による		構成による	高精度でのカリオタイピングが可能。CGH，マルチカラーFISH，スポットカウントにも対応
オリンパス	ID-Micro Typing System	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型のマイクロタイピングシステムです。					
興和	細胞マイクロレオロジー測定装置 MCFAN	血液細胞の流動性を視覚的に観察できる	100/5	30×30×50			日立原町電子工業社製
シスメックス	血液分類計数器 LADIC-12	測定項目：白血球 12，赤血球 12 測定法　：顕微鏡目視手入力		17×25×12	1.5		RS232C接続可能
	骨髄像分類計数装置 LADIC-300	測定項目：血液像 12，骨髄像 48，記憶検体データ最大 6 万件，時系列データ表示 測定法　：顕微鏡目視手入力		30×25×10	7		〃
常光	グリコヘモグロビン A_{1c} 分析装置 HS-12	前処理なしで，安定型グリコヘモグロビン A_{1c} を 1.5 分/検体処理	100/2	57×62×61	65		キャップ-ピアス方式
バイオテック	クームスサンプラー CS-5000	クームス試験用全自動型サンプラーで 300 検体/毎時の処理能力を持っています。	350	88×67×60	70	580	
フクダ電子	自動血球計数 CRP 測定装置 FL-275CRP	CBC 8 項目＋CRP 定量 測定方式；WBC，RBC，Hct，PLT：電気抵抗法 Hgb：シアンメトヘモグロビン法 CRP：ラテックス免疫比濁 rate 法	150	30×40×41	18	488	
〃	自動血球計数 CRP 測定装置 LC-175CRP	白血球 3 分類含む CBC 18 項目＋CRP 定量 測定方式；上記に同じ	150	30×40×41	18	530	
	自動 CRP 測定装置 LT-120	CRP 定量。測定方式：ラテックス免疫比濁 rate 法	100	29×41×41	〃	288	
和光純薬工業	マイクロタイピングシステム ID-GelStation	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型の全自動マイクロタイピングシステムです	300	100×60×65	85 本体のみ	1.850	
	〃 カード用遠心機ID-Centrifuge 24S	〃	100	37×41×17	12	68	
〃	〃 カード用遠心機ID-Centrifuge 6S	〃	60	27×31×17	6.7	40	
	〃 カード用恒温機ID-Incubator 37S I	〃	200	31×34×19	6	32	
〃	〃 カード用恒温機ID-Incubator 37SII	〃	〃	36×42×21	9	68	

細菌検査機器
尿検査機器
病理検査機器

33. 微生物分類同定装置（Instrument for Bacterial Identification）

会社名	商品名 型式名	分析法（測定法）	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
デイドベーリング	マイクロスキャン Walk Away 96SI	比色法，比濁法，蛍光法		1.1 k	97×74×94	182	3,300	同定/感受性同時測定
〃	〃 40SI	〃		〃	97×74×74	170	2,000	〃
〃	〃 auto SCAN-4	比色法，比濁法		120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
東京航空計器	抗酸菌鏡検装置 TAC-1000 C	蛍光法(画像判定)	40	本体のみ 100/06	本体のみ 56×53×56	本体のみ 58		抗酸菌目視検査を自動化
日本ビオメリュー	バイテック 2/バイテック 2 XL	蛍光		(バイテック 2) 100/5	(バイテック 2) 100×71×67	(バイテック 2) 100	(バイテック 2) 1,800	次世代の全自動細菌分析装置
	〃 32,60,120,240,480	比色及び比濁法		(バイテック 32) 100/5	(バイテック 32) 35×74×61	(バイテック 32) 45	(バイテック 32) 580	
〃	ミニアピ	〃		100/2	43×46×35	25	450	

34. 感受性試験装置（Instrument for Bacterial Sensitivity Test）

会社名	商品名 型式名	分析法（測定法）	処理能力	薬剤形態	MIC 測定	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		可・否	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
デイドベーリング	マイクロスキャン Walk Away 96SI	比色法，比濁法，蛍光法		ドライパネル	可	1.1 K	97×74×94	182	3,300	同定／感受性同時測定
〃	〃 40SI	〃		〃	〃	〃	97×74×74	170	2,000	〃
〃	〃 auto SCAN-4	比色法，比濁法		〃	〃	120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
長瀬産業	IS60/IMUNO MINI	濁度		プレート	可	100/7	94.2×54.2×88.2	80	880	
	IA20 MIC	画像判定	120	〃	〃	100/5	75×50×53	60	1,250	
〃	IS60/Lucy2-S3	濁度/化学発光		〃	〃	100/7	94.2×54.2×88.2	80	1,400	MIC 測定が 4 時間
日水製薬	RAISUS	蛍光/比色法	40	乾燥プレート	可	1K	84×90×127	180	1.500	
日本ビオメリュー	バイテック 2/バイテック 2 XL	比濁法		カード式	可	(バイテック 2) 100/5	(バイテック 2) 100×71×67	(バイテック 2) 100	(バイテック 2) 1,800	次世代の全自動細菌分析装置
	〃 32,60,120,240,480	比色及び比濁法		〃	〃	(バイテック 32) 100/4	(バイテック 32) 35×74×61	(バイテック 32) 45	(バイテック 32) 580	

35. DNA 測定装置（Instrument for DNA Analysis）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アロカ	DNA アナリシスシステム 4300L シリーズ	マイクロサテライト AFLP,DNA シーケンシング	32 サンプル(シーケンス)	400	51×47×84	37	1,380～	1,000 ベース以上の解析能力。STR 等の多型解析も画像により解析可能
	〃 4300S シリーズ	〃	64 サンプル (STR 時)	〃	51×47×59	29	860～	コンパクトでも 800 ベースを解析。
〃	遺伝子増幅装置 インフラレット Hotgene96	PCR,DNA シーケンス反応等	96 穴マイクロプレート	1.2K	31×31×30	12	100～	4℃/s の高速加温速度。384 マイクロプレート，ISH スライドガラス処理用も用意
	イメージングシステム Odyssey	2色ウエスタンブロット Cell Based Assay ほか	項目による	200	53×58×37	33	790～	2色の赤外蛍光色素による2種類タンパク質の同時検出，定量が可能
カイノス	ニュークリセンス Easy Q	リアルタイム NASBA 法	48 検体/1.5 h	200	42×42×22	20	390	RNA を等温増幅する NASBA 法とモレキュラービーコンによるリアルタイム検出装置
日本ビオメリュー	ニュークリセンス Easy Q	リアルタイム NASBA 法	48 検体/1.5 h	200	42×42×22	20	390	RNA を等温増幅する NASBA 法とモレキュラービーコンによるリアルタイム検出装置
バイエルメディカル	バイエルルミノメーター HC+	TMA (化学発光測定)	94検体/5時間	40	45.72×66.67×45.72	19	1,088 (機具一式)	TMA 定性分析用装置
ロシュ・ ダイアグノスティックス	COBAS AMPLICOR	遺伝子増幅		0.8K	86×57×90	75	980	PCR 検査用自動測定装置
	MP-12	DNA ハイブリダイゼーション		100	38×64×55	47		自動核酸抽出機

36. 核酸抽出装置（Nucleic Acid Extractor）

会社名	商品名 型式名	サンプル (種類)	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
カイノス	ニュークリセンス MINI MAG	血しょう，血清，喀痰，便	12/0.75 h	磁性シリカによるブーム法		43.8×11.4×15.3	3.6	80	DNA/RNA 同時抽出，高収量・高純度，コンパクト
テカンジャパン	Freedom EVO 100/150/200			ビース法または固相法	600～	107×145×205×78×87	106～		オプション選択可
日本ビオメリュー	ニュークリセンス MINI MAG	血しょう，血清，喀痰，便	12/0.75 h	磁性シリカによるブーム法		43.8×11.4×15.3	3.6	80	DNA/RNA 同時抽出，高収量・高純度，コンパクト
バイオテック	核酸抽出装置 AGE-96	全血		ビーズ法抽出	400	70×75×75	80	850～	96 cH 同時処理，コンパクトサイズ，全自動

37. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アジア器材	4 cc スポイトL	バイオハザードの恐れのある検体を，より安全に，より確実に検体処理が行えます					
	15 mL スクリュースピッツ	DNA 測定検査などの，前処理容器として使用できます					
セントラル科学貿易	エアーサンプラー RCS	空中浮遊菌を定量的に分析する採取装置		4×4×33.5	1.1	29.8～	
	ANOXOMAT 嫌気培養システム	○オランダで 90 %の市場占有率を誇る． ○最大 4 個まで嫌気培養ジャーを接続可能． ○各ジャー毎に独立して培養条件を設定可能．	473	32×55×27.5	32	未定	
日本ビオメリュー	バクテアラート 3D	連続モニタリングシステムによる血液・抗酸菌培養装置，検出原理は CO_2 産生による色調変化により検出	100/10	85.2×61.7×91.4	170	980	同時測定可能検体数：240 検体
	〃 コンビネーション	〃	100/6	50×67.6×78.2	90	580	〃　：120 検体
和光純薬工業	トキシノメーター MT-5500	エンドトキシン及び(1→3)-3-D-グルカンの測定が同時に行え，グラム陰性菌及び真菌による敗血症の迅速診断に有用です．	220	35×42×35.6	13	280	

38. 浸透圧計（Osmotic Pressure Manometer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	サンプル量	測定範囲	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h	μL	mOsm／kg	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
アークレイ	オズモステーション™ OM-6050	20～30	200以上	0～2,000	200	32×46.5×43.5	30		
	オズモスタット™ OM-6040	〃	〃	〃	150	34×36×22.2	16.5		
富士工業	アドバンス浸透圧計 3250	低濃度2分/検体 高濃度3分/検体	200～300	0～4,000	100/1.5	32×46×41	13		凍りにくいサンプル測定可能
	〃 3300	1分/検体	20	0～2,000	100/1	26.5×33.5×39	9	198	最新測定データリコール機能 30検体計算機能
〃	〃 3900	低濃度2分/検体 高濃度3分/検体	200～300	0～4,000	100/4	55×51.8×54.5	25	428	凍りにくいサンプル測定可能・本器に記憶されている測定結果とメッセージリコール機能

39. 尿分析装置（Urine Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	定性・定量の区別	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h			V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
アークレイ	オーションマスター™ UM-3410	167	定量	7	450	53×68×50	50		
	オーションマックス™ AX-4280	225	定性	12	250	53×53×53	33		
〃	オーションジェット™ AJ-4270	450	〃	11	40	33×23×16.8	4		
	オーションミニ™ AM-4290	120	〃	10	30	35×31.5×13	3		
〃	ポケットケム™UA PU-4210	60	〃	〃	単三電池×2	12.5×8.7×3.25	0.3		
栄研化学	US-1000								
	〃 -2100 R	720	定性	10	45	39.2×32.5×30.5	13	250	寺崎電気産業社製
〃	〃 -3100	480	〃	〃	600	68×89.2×67.5	115	980	〃
	〃 -3200	〃	〃	〃	〃	126.0×78.7×87	140	〃	〃
シスメックス	URISYS2400 尿自動分析装置	最大240 検体/時	定量	比重・pH・亜硝酸・蛋白質・ 潜血・ビリルビン・ウロビリノーゲン・ケトン体・ブドウ糖・白血球・	200	53×65×67	85		
	尿自動装置 Miditron M	最大300 検体/時	〃	〃	95	48×48×31	15		
バイエルメディカル	クリニテックアトラスXL	225	定性/微量アルブミン・クレアチニン	14	100/3.5	72.4×65.5(5)66.0	86.5	985	色調・混濁測定可，アルブミン指数を自動計算
	〃 100	60	〃	〃	100/0.2	39.4×32×11.2	3.9	39.8	色調・混濁入力可
〃	〃 50	〃	〃	〃	100/0.3	15.2×24.2×15.2	1.4	12.5	色調測定可，アルブミン指数を自動計算
	〃 500	514	〃	13	100/0.72	37.7×32.4×28.2	7.4	224.5	BCRにてID番号，色調混濁入力す．アルブミン指数を自動計算

〃	〃 ステータス	60	〃	14	100/0.3	17.1×27.2×15.8	1.6	9.9	小型で初のタッチパネル
和光純薬工業	プレテスター RM-805	300(最大)	定性	18	100/0.5	27×21×10	2.8	65	小型分析装置 マイクロニクス社製
	〃 RM-6050	600(最大)	〃	〃	100/1	41.5×45×39	25	245	〃

40. 自動 PSP 測定装置（Automated PSP Tester）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定項目	サンプル量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h		mL	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	ピーエスピーオート™ PSP-3120	13秒/分画尿	PSP排泄率と尿量	12	30	35×31.5×13	6		
常光	PSP-DP	20	PSP負荷		100/2	27×33×50	9	120	2波長測光方式

41. 尿沈渣分析装置（Urine Sediment Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定原理	サンプル量	分類項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h		μL	数	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
シスメックス	全自動尿中有形成分分析装置 UF-50	50	フローサイトメトリー法	約800	5	2.18K	48×56×70	55		
	〃 UF-100	100	〃	〃	〃	2.3K	60×70.5×80.7	68		
東洋紡績	U-SCANNER	60	顕微鏡 画像解析	約150	5 (詳細分類一部可能)	750	60×65×150	130		
日立ハイテクノロジーズ	6800尿自動分析装置	120	フローサイトメトリー+画像パターン認識	約100	自動分類6 参考出力7 検体フラグ4	分析部：100／10 画像レビュー200／20	分析部： 85×75.5×47.5	分析部： 約80		
フィンガルリンク	R/S 2003	サンプル移動3秒	オート連続フロー方式	210		18	35×26×24	6.8		Diasys Work Station

42. 便潜血測定装置（Automated Fecal Occult Blood Analyzer）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	測定原理	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アズウェル	ヘモテクト HT500	比色法	96	金コロイド 比色法	350	本体 70×66×48 ポンプユニット 35×37×34	72 13	498	
	〃 NS-1000	〃	200	〃	300	66×61×48	60	560	

栄研化学	OCセンサーII	ワンステップレイト法	90	ラテックス凝集	350	74.2×63×43	60	630	多摩精機社製
	〃 -270R	〃	270	〃	〃	78×57.5×56	70		〃
〃	〃 -550S		550		〃	70×57.5×56	〃		〃
	OCセンサーμ	ワンステップレイト法	80	ラテックス凝集	150	32×53×42	26	300	〃
〃	〃 neo	〃	250	〃	500	63×60×58	70	698	アロカ社製
協和メデックス	HM-JACK	テラックス凝集法	180	ラテックス凝集	100/3.2	55×50×50	45	450	
	〃 Plus	〃	〃	〃	100/2.8	50×53×49	30	650	
シスメックス	ヘモリアス200	比色法	180	ラテックス免疫比濁法	150	50×61.5×45.4	35	430	
常光	HGS-180	イムノクロマト法	180	反射デンシトメトリー	100/2	65×65×60	65	650	テストキットは用手法と共用
和光純薬工業	JIA-HB2010	金コロイド比色法	200	金コロイド凝集反応	100/5(max)	59.2×54.2×58	68	580	
	Quick Run	〃	10検体/16.5分	〃	100/1.2	24.5×30×30.5	11.2	94	便潜血小型精密分析装置 尿中総蛋白質測定可

43. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V/A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	クリニテックアトラス	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，混濁					
	〃 500	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，微量アルブミン，クレアチニン					
〃	〃 100	〃					
	〃 50	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，微量アルブミン・クレアチニン					アルブミン指数を自動計算
〃	〃 アトラスXL	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，混濁，微量アルブミン，クレアチニン					〃
	オーションスクリーン マイクロアルブミン/クレアチン	尿中アルブミン濃度とクレアチニン濃度を測定し，さらに新たにアルブミン/クレアチニン比を演算することで，尿量補正が可能となり随時尿での性能の信頼性が向上します。					
アジア器材	12 mL 沈渣スピッツ	12 mL 沈渣スピッツは，各種尿検査器械に対応し，バーコードの貼りやすい設計になっております。					
	11.5 mL 沈渣スピッツ	〃					
バイエルメディカル	クリニテックアトラス	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，混濁					
	〃 500	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，微量アルブミン，クレアチニン					
〃	〃 100	〃					
	〃 50	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，微量アルブミン・クレアチニン					アルブミン指数を自動計算

〃	〃　アトラスXL	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，混濁，微量アルブミン，クレアチニン					〃

44. 自動組織細胞染色装置（Automatic Tissue Staining Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理工程槽	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数	数／回	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
協和メデックス	Opti Max Plus	40	40枚/1回2時間	100/4	122×61×69	76	980	
	i6000	60	60枚/1回3時間	100/3	98×61×46	53	1,200	
ダコ・サイトメーション	ダコ Autostainer	最大64バイアル	48スライド/回	最大400	102×69×61	63.5	680	試薬ドロップディスペンサー方式
	〃 , plus	〃	〃	〃	〃	〃	780	〃

45. 画像処理装置（Image Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目数	画素数	モニター（インチ）	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		種	画素	カラー／モノクロ	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
シスメックス	血液細胞画像ファイリングシステム LAFIA	最大 80,000枚	有効画素数： 768×494(R,G,B)	17インチ フルカラー	合計：約1K以下	本体22×45×41(変更あり)	合計： 100以下		CL/SV型により，Webブラウザでの画像参照等が可能

46. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	マルチトランスチューブ	スライドガラスの輸送ケースで，アルコール固定などの固定容器，特殊染色容器としても使用できます．					
アロカ	Insitu チップ スタートアップキット	比重を利用した試薬置換システムにより試薬を加えるだけでホールマリントISHが可能					L・Sの2サイズ販売
ニューコン	染色体画像解析システム カリオビジョン	染色体顕微鏡像の画像解析による自動分類，G分染，Q染色対応				1.500	

生理機能検査機器

47. 画像撮影装置（Image photographic System）

会社名	商品名 型式名	検出方式	画素数	励起光	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				nm	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	ゲルドキュメンテーション解析システム ゲルドック2000	CCDカメラ	768×494	302 UV	400	60×36×96	32	300	

48. 心電図検査システム（Electrocardiogram Analyzer）

会社名	商品名 型式名	解析方式	チャンネル数	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
茶谷産業	EKG Card	ソフト	12	4~16 VDC/17 mA	8.5×9.1×0.2	0.28	50	世界一軽量，小型心電計

49. 呼吸機能自動検査システム（Automatic Respiratory Function Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目	検出方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
茶谷産業	SpirOx Card	全	リアルタイム	5 VDC/84 mA	5.3×14×3.8	0.074	50	世界初，唯一の肺活量とパルスオキシメータがひとつになったPCカード

50. 超音波膀胱容量測定装置（Device for Bladder Volume Measurment）

会社名	商品名 型式名	測定項目	検出方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
シスメックス	ブラッダースキャンシステム BVI 6100	膀胱容量	超音波法	3.8 Vリチウムイオンバッテリー		0.309		
	ブラッダーマネージャー BVI 3000	〃	〃	13.2 mW 〃	23×32×7	7.3		

システム

51. 臨床検査システム（Computer System for Clinical Laboratory）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分析	ホスト／ サーバ CPU	データ 入力方式	端末台数	オンライン 分析計台数	検査項目数	データ 保存日数	メーカー 希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	メックネット™コアラボ	生化学，血清，血液，尿	Windows 2000 Server	オーダリング，キーボード	別途相談	任意	制限なし	ディスク容量による		臨床検査システム
〃	〃　ミニラボ	生化学，血液，尿	Windows 2000	〃	1～4	～8	〃	〃		データ管理システム端末
〃	〃　ケアラボ	〃	〃	〃	1～3	〃	〃	〃		クリニック用検査システム
〃										
アイテック阪神	MELAS-i	生化学，血清，血液，尿一般	Windows	オンライン，K/B，OCR，OMR他	1台～	1台～		ディスク容量による		
〃	〃　（細菌）	細菌	〃	〃	〃	任意		〃		サブシステム単独での導入も可能
〃	〃　（輸血）	輸血	〃	〃	〃	〃		〃		〃
〃	〃　（生理）	生理	〃	〃	〃	〃		〃		〃
〃	Path Mate	病理	〃	〃	〃			〃		
〃	検査結果参照webサーバ	臨床支援	〃					〃		
〃	TOHMAS-i	健診	〃	オンライン，K/B，OCR，OMR他	1台	任意		〃		
〃	フォローアップシステム	〃	〃	〃	〃					
エイアンドティー	臨床検査システム CLINILANGL	生化学，血液，血清，一般，RI，	Pentium Ⅳ	オーダリング OMR，OCR，用手法	1～	任意	9999	任意		検査業務システム
〃	輸血検査システム 〃　BT	輸血	〃	オーダリング OMR，OCR，用手法	〃	〃	〃	〃		〃
〃	血液学検査システム 〃　HM	血液	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃
〃	細菌検査システム 〃　MB	細菌	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃
〃	病理検査システム 〃　PA	病理	〃	オーダリング，用手法	〃		任意	〃		〃
〃	〃（ブラウザ版） 〃　Webpath	〃	〃	〃	〃		〃	〃		検査業務システム
〃	検査室管理支援システム 〃　LM		〃		〃					在庫管理・ コスト管理支援システム
〃	臨床検査情報ブラウザ CLINIWeb	検査結果照会	〃		〃					検査結果参照・ 検査状況参照システム
〃	個別検体データ検証システム CLINIEEL Server	生化学，血液，血清	〃		〃					検査業務支援システム （精度管理）
〃										
オーピーシステム	CLiP	生化学，血液，血清，一般	Windows xp/2000	オーダリング OMR，OCR	1～	1～	9999	ディスク容量による		各種カスタマイズ機能
〃	〃　-MEX	健診	〃	OMR，OCR	〃	〃	〃	〃		〃
〃	〃　-web	結果参照	〃	〃	〃		〃	〃		セキュリティ・ユーザー設定
〃	〃　-PTH	病理	〃	〃	〃		〃	〃		画像参照・全文検索

〃	〃 -BCT	細菌	〃	オーダリング	〃	1～	〃	〃		簡易入力
	〃 -AiA	画像	〃	デジタルカメラ	〃	〃	〃	〃		画像編集・Web 連携
〃	〃 -PRS	生理	〃	オーダリング	〃	〃	〃	〃		多様な予約条件に対応
小林記録紙	臨床検査システム SIMS	生化学,免疫学 血液学,尿一般	Pentium III	オンライン,キーボード,OMR等	任意	任意	～9,999	ディスク容量による	別途見積り	
	検査報告書紹介システム TRAS		〃	Web ブラウザ	数十台		〃	〃	〃	Web サーバー：IIS イントラネット対応
シスメックス	臨床検査情報システム SIS シリーズ	血液,凝固,尿一般	Pentium III 550 MHz 以上	キーボード,マウス	別途ご相談	最大30台を想定	最大9,999	別途ご相談		CL/SV 型
	POCTWeb システムソフトウェア	診療室,緊急検査室,ICU,手術室などの POCT 各検査	〃 800 MHz 以上	〃	クライアント(オンライン利)数：4台	最大16台を想定	〃	〃		〃 ,Web システム
〃	臨床検査情報システム MOLIS	血液,生化学,免疫,血清,免疫血清,免疫学的血清,一般	Pentium III 933 MHz 以上	〃	最大100台	最大254台	〃	無制限 (ディスク容量に依存)		〃
長瀬産業	感染症コントロールシステム		Widows NT	オンライン,キーボード	任意	任意		5年以上		
	SUN 臨床検査総合システム		UNIX		1～	1～	制限なし	制限なし		
〃	イメージ入力システム It's(フォームキャッチャー)	依頼書受付システム	Windows		〃			〃		画像ハンドリングによる OCR,OMR 機能の総合入力
日本電子	臨床検査情報処理システム JCS-33L	生化学/免疫血清/血液/尿一般等	WindowsXP	OMR, OCR, バーコード オーダリング他	2～任意	100	9,999	100万受付	構成により異なる	迅速検査システム
ニューコン	臨床検査システム PC-Win/Net(LABO21)	生化，血液一般等		オンライン入力, OCR, OMR, 手入力	1～	1～	～3000	3年～	500より	
	〃 PC-Win/Net(LABO21)Light	〃		〃	〃	〃	〃	〃	250より	
〃	人間ドック健診システム PC-Win/Net(HEALTH21)	生化，血液生理等		〃	〃	〃	～1000	〃	350より	
	輸血管理 システム PC-Win/Net(BLOOD21)	血液		〃	〃	〃		〃	〃	
〃	輸血安全管理支援システム PC-Win/Net(SAFETY21)	〃		〃	〃	〃		〃	〃	
	Web ドクター支援システム PC- Win/Net(DOCTOR21)	検査システムの照会			〃		～3000		〃	
〃	病理・細胞診システム PC-Win/Net(PATH/CYTO)	病理，細胞診		オンライン入力，手入力	〃			3年～	〃	
	細菌検査システム PC-Win/Net(BACT)	細菌，微生物		〃	〃	1～		〃	〃	
〃	医用画像情報管理システム PC-Win/Net(PACS)	画像		DICOM, ビデオ等	〃	〃		1年～	500より	
ノートウェア	Clinical Ware CWx	画像 DB 含む		手入力, OMR, OCR	1台～ Max50台	1台～ Max50台	制限ナシ	12ヶ月		
	細菌検査システム	細菌検査		〃	〃	〃	〃	〃		
〃	WebLink				無制限	〃	〃			Web サーバーで検査データ提供（統計処理等）
	健診システム			〃	〃	〃	〃			

バイエルメディカル	BAY-URINA システム	尿定性，定量，沈渣	ペンティアムIII 700 MHz	オンライン キー入力	MAX5 台	2	70	約1年間HDD容量による	285～	
日立ハイテクノロジーズ	Labostream	検査全般	PC サーバ	キーボード，OCR，MSR，他	任意	任意	9,999	制限なし		Windows 2000
	Lavolute	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃
フィンガルリンク	L-sys	簡易迅速検査	Windows 2000/XP	OMR 他	1～3	1～5	9,999	ディスク依存		
	〃	小規模検査システム	〃	〃			〃	〃		
〃	健康レポート	生活習慣病	〃			1～5	20	〃		
	Fjeing type F	病理検査業務	〃	オーダリング，OMR. OC	1～	1～	～9,999	〃		開発富士テクノサプライ
〃	雷電	電子カルテ	Windows 2000 Server		〃	〃	1～	〃	500～	開発 MBS
富士テクノサプライ	臨床検査システム Fjwing Type-M	検体検査全般	Windows xp/2000	オーダリング，OMR，OCR，用手法	1～	1～	～9,999	ディスク容量による	別途見積り	Win 2000，SQL クラスタシステム，スイングステージ
	生理検査システム 〃 -S	生理	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	Win 2000，SQL Web 報告
〃	病理検査システム 〃 -P	病理	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	Win 2000，SQL 画像管理報告
	細菌検査システム 〃 -B	細菌	〃	〃	〃	〃	〃	〃		検査業務システム
〃	輸血検査システム 〃 -Y	輸血	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃
山久化成	マインズ	生化学，免疫学 血液学，尿一般 その他	Pentium	オンライン キーボード FD，OMR	任意	任意		ディスク容量による		Windows 2000 操作性，拡張性高機能

52. 検体前処理システム（Sample Processing System）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分野	システム 構成	検体搬送方法	ラック種	処理能力	接続分析装置	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アイディエス	検体前処理搬送システム IDS-880/S1	生化学検査 血清・免疫検査	搬入，エラー搬出，遠心機，栓抜，血餅検出，分注，ラベル発行，搬出，各1台	1本搬送	1本ホルダー方式	親検体 280本/時	各メーカー約20種接続実績あり		レイアウトにより異なります		お問い合わせ下さい	・設置スペースに合わせ配置変更可能 ・再起，ストッカー各種ユニット組合せ可能
	〃 IDS-880/S2	〃	搬入，エラー搬出，搬出：1台，血餅検出，栓抜，遠心機，アリコ分注，ラベル発行：3台	〃	〃	親検体 840本/時	〃		〃		〃	〃
〃	〃 IDS-880/C	凝固検査 血糖関連検査	搬入，エラー搬出，搬出 冷却遠心各1台	〃	〃	分析機の処理能力に準じます	各メーカー約5種接続実績あり		〃		〃	〃
	〃 IDS-880/U	尿検査	搬入，エラー搬出，分注ラベル発行，搬出各1台	〃	〃	親検体 280本/時	〃		〃		〃	・尿コップから尿スピッツへ分注可能
〃	〃 IDS-780/S	全般	搬入，搬出：2台	〃	〃	親検体 400本/時			〃		〃	・設置スペースに合わせ配置変更可能 ・再起，ストッカー各種ユニット組合せ可能
	〃 IDS-780/C	〃	搬入，エラー，遠心機，栓抜，搬出：2台	〃	〃	親検体 280本/時			〃		〃	〃
〃	〃 IDS-780/A	〃	搬入，エラー，遠心機，栓抜，血餅検出，分注，ラベル発行，搬出：2台	〃	〃	〃			〃		〃	〃
	IDS-2000PLUS	生化 血清	搬入，血餅検出，栓抜，分注，搬出	〃	〃	200本/時	各メーカー可能		163×82×156		〃	コンパクトサイズ

〃	IDS-3000	〃	搬入，血餅検出，栓抜，分注，搬出	〃	〃	300本/時	〃		205×85×156		〃	〃
アロカ	検体前処理分注装置 APS-3000シリーズ	生化学，血清	分注，他	ラック搬送	アロカ10本ラック，他	250検体/h		約2K	構成による	構成による	構成による	
	〃 LabFLEX250	〃	〃	〃	アロカ5本ラック，他	〃		750	約148×78×143	450	〃	
エイアンドティー	CLINILOG Ver. 2	生化，血液，血清，凝固，免疫	スタートストッカ：分注機，開栓機，接続ユニット，ターミナルストッカの組み合わせ	ラック方式	日立5検体ラック，メイワフレックス10検体ラック	構成により異なります	TBA-200FR，H7600，AIA-21，コアプレックス：エルジアイGen S，GA03U		ユニットにより異なります	ユニットにより異なります	構成により異なります	
	〃 Ver. 3	〃	投入，遠心，開栓，分注，バッファ，回収モジュールの組み合せ	1本ホルダ方式	日立5検体ラック（検体投入に使用）	〃	Open LA21モジュール，外部サンプリング装置		〃	〃	〃	
オリンパス	OLA6000	生化学 免疫・血清	分注・仕分けバーコード貼付	ラック搬送	10本ラック	1:3分注時 280検体/h	生化学 電気泳動他					
システムバイオティックス	TipPick300	コロニー，菌採取	チップによるピック		プレート	300コロニー/h		100/2	64×60×90	40	550	
シスメックス	HSトランスポーテーションシステム HST-Nシリーズ	血液検査	多項目自動血球分析装置・網赤血球測定装置・塗抹標本作製装置	ベルトライン方式	シスメックス製10本ラック		XE-2100 R-3500 SP-100					
	凝固検査検体搬送システム CSTシリーズ	凝固検査	全自動血液凝固測定装置	〃	〃		CA-6000 CA-5000					
〃	HSトランスポーテーションシステム XE-Alpha N	血液検査	多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	〃	〃		XE-2100 SP-100					
	〃 SE-AlphaR	〃	多項目自動血球分析装置・網赤血球測定ユニット・塗抹標本作製装置	〃	〃		SE-9000/RAM-1 SP-100					
〃	〃 SF-Alpha	〃	・多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	〃	〃		SF-3000 SP-100					
	USトランスポーテーションシステム US-Alpha IV	尿検査	・尿中有形成分分析装置・全自動尿分析装置	〃	〃		UF-100 AX-4280					
大扇産業	自動開栓装置 APNシリーズ				各種	800～4500/h		100/15	100×70×110	200		ポンチ型打抜き方式のフィルム栓採血管専用
	〃 ARDシリーズ				〃	600/h		〃	70×70×110	150		ゴム栓採血管専用
テクノメディカ	自動尿分取装置 UA・ROBO-600A	尿検査		ベルトコンベア		100/h		100/3	79×75×135	150	1,180	
	〃 UA・ROBO-600B	〃		ラック方式		120/h	オプションで可	〃	79×106×135	160	980	
〃	一般検査前処理システム UA・LABELER-1	〃		〃		5秒/本		〃	56×51×61	40	480	
	自動検体仕分け装置 SS-ROBO-800	径φ12～16.5 長さ75～100mm	6種分け	ラック方式	5本ラック 10本ラック	600検体/h	特注で可能	100/10	170×90×150	400	4,500	採血後の検体を各検査内容に応じてラックに仕分けします。
東芝メディカルシステムズ	TPS-600	全分野(除く細菌，病理)	セル方式によるシステム構成	1本ホルダー方式	1本ホルダー	システム構成により異なる	全分野分析装置(除く，細菌，病理)					1本搬送方式によりリアルタイム性に優れる
ニチリョー	NSS-1000 II	PCR前処理及び汎用分注	分注，希釈，他					150	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	
	NSP-7000 III	〃	〃					100	121×45×72	70	330	
日本電子	検体搬送システム JLA-701TS	生化学，免疫	搬送	ラック方式	5本ラック対応	最大300検体/時	生化学，免疫他	100/40	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	コンパクト検体搬送システム
日立ハイテクノロジーズ	検体前処理システム	生化学，免疫，血清，血漿，凝固，尿	・検体投入部・遠心分離モジュール・開栓モジュール ほか	ラックによるベルトコンベア搬送	日立5本ラック他	250～400検体時構成，使用条件により異なる	日立7600シリーズ他	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		

メディカルジャパン	MSシリーズ	生化学，血清，血液，他	分注，ラベラー，開栓，自動遠心器，振分け	ベルトライン方式	1本，5本，10本	構成内容により異なります	各メーカー接続実績あり		レイアウトにより異なります		問い合わせ下さい	各ユニットサイズの変更可能です
	分注システム MSシリーズ	生化学，血清	分注，ラベラー	〃	1本，5本	250検体/h	〃		構成により異なります		〃	コンパクトサイズ
〃	高速分注システム	〃	〃	〃	〃	1,200 〃	〃		〃		〃	〃
山久化成	検体小分装置 SasuGer200	生化学・免疫 血清・外注	親検体情報(バーコード対応)に基づき，自動的に指定本数だけ検体に小分けする．		親検体=5本ラック 小検体=各種ラックに対応	親検体150本/時		500	78×6573	80		
	〃 SasuGer180	生化学・免疫 血清・外注				〃		〃	64×65×70	60		
〃	HbA1c用検体希釈 PiaTreat200	HbA1c用	HbA1c用検体処理装置．ピアス式であって，遠心分離された採血管の底部から，血球(4.5～12 μL)を採取し希釈液を(450～1200 μL)添加した後，溶血混和を行いHbA1c用の検体を調製する全自動装置．採血管は閉栓，開栓に対応．PiaTreat 200は閉栓のみ対応			600本/時		200	89.3×74×54	80		400検体同時架設
	〃 PiaTreat50α	〃				500本/時		150	47×47×64	60		
〃	〃 PiaTreat30	〃				150本/時		100	34×55×64	25		
	PiaTreat RLP-200	レムナントコレステロール	本装置はレムナントコントロール用の自動検体希釈装置で検体2 μLも精度よく採取し，スチールボールも同時に装着し，1時間300検体を効率よく処理します			300検体/時			89.3×79×65	90		

53. オートラベラ・バーコードプリンタ（Auto Labeler & Barcord Printer）

会社名	商品名 型式名	架設可能採血管数	採血管種	架設可能ラック種	処理能力	バーコード種	ラベルサイズ (mm)	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
小林記録紙	ラベルプリンタ KP-100				150 mm/秒	11種の他 2次元コード	標準 50×32	300	20×38×27	10		
	〃 KP-500				200 〃	12種の他 2次元コード	〃	500	25×38×27	11		
〃	〃 ip-50				150 〃	8種 2次元コード	標準 50×32 標準 50×32	150	20×23×18	3		
	〃 ip-100				〃	〃	〃	〃	〃	〃		
〃	バーコードラベラー VL-150				4秒/本	7種	〃	300	22×35×29	15		
	採血業務支援システム i・pres gear	100本以上/1ラック 6ラック増設	径φ12～18 長さ75～100	専用トレイ	〃	〃	標準 53×35	800	55.0×84.1×116.5	200		
システムバイオティックス	HTLabel		対応		50枚/分		10×30 12×24				4	インクジェットプリンターでラベル
	Barcode Label		〃		〃	14	10×60 12×24				7	インクジェットプリンターでバーコード
テクノメディカ	採血管準備システム BC・ROBO-787	20～100	同時搭載種類 4～28種類	専用トレイ 専用ラック	最大約400人分/h(1患者4本)	NW 7, code 128他	50×30 50×35他	1000(基本構成)	90×124×85.5 (基本構成)	270		新製品．豊富なオプション有り．
	採血管準備装置 BC・ROBO-686	〃	〃 4～12種類	専用トレイ	〃	〃	〃	〃	90×124×78 (基本構成)	265		新製品．12管種で低価格．
〃	小型採血管準備システム BC・ROBO-mini 20	20	〃 4種類	〃	5秒/本	〃	〃	500	44.5×43×55.5	35		コンパクトサイズで卓上型．
	〃 BC・ROBO-mini 40	40	〃 〃	〃	〃	〃	〃	500	44.5×43×75.5	40		〃
〃	バーコードラベルプリンター BC-450SR					NW 7他 2次元コード	各種	380 (最大)	19.8×23×18.1	3		熱転写方式(SR) 感熱方式(S)
メディカルジャパン	ラベルプリンター MJP-01				約7行/秒	NW-7 ITF コード39 他	最大58×80φ		11×19×11	0.6		
	〃 MJP-02				100 mm/秒	〃	最大80×83φ		15×19×16	1.4		

〃	MSシリーズ	約250本	75～100 mm 13～16φ	5～50本 ラック	約450本/h	〃	50×32		約75×75×75	40		
山久化成	採血管ラベル貼り機 AutSuratt SP		直径＝12～16 長さ＝75～110	専用ラック (5本立て)	1000本/時	NW7他	50×35	500	56×66×35	50		通常貼り，重ね貼り連番貼り，ラック10モード，親検体モード，到着確認

54. 分注装置（Dispenser）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力 (検体/h)	バーコード種	分注量 (μL)	チャンネル数	消費電力 V/A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アロカ	ランダムアクセスワークステーション APS-790				条件により異なる		10～1000，仕様により異なる		1.5K	約172×105×171 (本体のみ)	約500 (本体のみ)	2,500	ラックバーコード対応
	卓上型自動分注装置 LabFLEX900				〃		〃		400	約86×78×70	約90	機械による	ハンディリーダー(オプション)
コスモテック	HTStation 500 II						0.5～210	384/96/12/8	100	147×85×85	130		プレート，チップラックスタッカー付1536，プレート対応
	〃 1200						0.5～300	384/96	150	100×60×65.5	85		スタッカー付1536プレート対応
〃	〃 800						〃	〃	〃	66.5×85.5×73	100		1536プレート対応
	〃 500						〃	〃	〃	50×61.8×57.9	50		PC対応，1536プレート対応
〃	BISTEQUE 203 II						1～210	12/8	100	73.4×45.7×33.4	30		チップ式384プレート対応
	ピッキング装置						0.5～30	1	〃				バーコードリーダー管理
〃	HTStation 102						1～300	16	〃	40×28×26.5	9		
	Singel Station 107						0.5～300	1	〃		60		多様多様な容器対応
〃	HTSealer 2100								〃	65×76×77.5	50		粘着式
	CELTEQUE 802						10～999	16/8	〃	40×28×26.5	9		フレキシブルなソフトウェア
〃	HTStation 100						5～2,000	8	100	36×27×217	9		ノズル式，チューブセット，交換式
	BIS TEQUE205						0.5～210	24/12	100	84×67.5×66.5	80		蓋付プレートも自動で供給・回収
システムバイオティックス	PlatePrep 400	200		12			～240	12	100/3	80×70×50	70	550	
セントラル科学貿易	Multidrop384 stacker				160プレート/h		5～395	8	80	74×46×61	32	480	小型，迅速，オートクレーブ可 スタッカー(20，30，60枚)バルク分注
	マルチドロップ384						〃	〃		31×32×16	6.2	135	
〃	マイクロフィル						5～300	〃		46×38×18	8.9	〃	
テカンジャパン	Freedom EVO 100/150/200			各種	条件により異なる	各種	0.5×5000	8	600	107/145/205 ×78×78	106～		ワークテーブル上に様々なデバイスを搭載可・ロボットアーム搭載可

大扇産業	自動分注装置 LTA-III				250		50～2,000	1	1.5K	129×100×132	350		
ニチリョー	ニチメイトステッパー						1～5,000	1				3.3	
	Multi-CHOT						3～1000	1 or 8		73×54×58	60	260	
バイオテック	マルチディスペンサー EDR-384			マイクロプレート40枚	マイクロプレート1枚約13秒		0.5～300	96, 384			60	600～	96CH, 384CH 対応 PC ソフト
	〃 EDR-96S/384S				マイクロプレート1枚約5秒		〃				30	280～	〃
〃	DNA 分注装置 MODEL-5000						1～20	1,8		78×52×57		650～	分注確認センサー
	シングルラインディスペンサー mini-Gene LD-01						5～2,000	8.16		36×38×27.5	15	125～	1536well plate対応
〃	マルチステージディスペンスステーション ADS-384-8						0.1～300	96, 384		71×71×93.5	140	1000～	0.1μL 超微量分注 1536 well plate 対応
	テーブルトップディスペンサー EDR-384 S II						〃	〃		42×45×54	50	300～	〃
メディカルジャパン	MS シリーズ		75～100 mm 13～16φ	各種	1：1分注 約330 検体/h	NW-7ITF コード39 他	10～1,000			約 90×75×120 (本体のみ)	60		ユニットサイズ変更可能です
	高速分注システム		〃	〃	1：1分注 1,200 検体/h	〃	〃			約150×120×120 (本体のみ)	150		〃

55. 遠心分離器 (Centrifugal Apparatus)

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	回転数 r.p.m.	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
久保田商事	ハイキャンパシティ冷却遠心機 モデル8850	130	15			5.000	100/30	59×66×92	170	130	大型チューブラック方式の多本架遠心機
	インバータ・多本架冷却遠心機 モデル8920	96	〃			8.500	200/15	56×70×84	115	92	〃
〃	〃 ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル5910	68	〃			〃	100/15	50×65×85	110	72	
	〃 ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル5930	80	〃			〃	〃	〃	〃	88	
〃	テーブルトップ・多本架遠心機 モデル8420	〃	〃			6,000	〃	53×63×37	60	49.8	
	〃 ・多本架遠心機 モデル5420	68	〃			〃	〃	43×55×36	47	38.5	静かなブラシレスモータをインバータ駆動
〃	テーブルトップ遠心機 モデル5220	〃	〃			5.000	〃	44×52×35	48	29.8	エコノミータイプの卓上遠心機がディジタル表示になりました
	卓上型遠心機 モデル2420	24	〃			4.000	100/8	35×42×32	24	16.5	スイングローターが使える小型卓上型の遠心機
シスメックス	冷却遠心機 SRC-500	80		シスメックス製ラック		5.000	100/30	59×66×92	15		
セントラル科学貿易	Hemata STAT II	6	毛細管			6.000	100/1	18×13×12	0.6	29.8	1分間，ヘマトクリットリーダー装備
	プラズマプレップ	〃	2, 3, 5, 7, 10 mL			7,200	100/1.25	26×38×17.5	9	36.5	2分間，採血管不問，PRP 30 秒分離

その他の臨床検査機器

56. マイクロピペット（Micropipette）

会社名	商品名 型式名	分注容量	方式	精度	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	固定・可変	%	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アズウェル	フィンピペットデジタルN		可変					2.75～3.8	
	〃 固定型		固定					1.8～2.5	
セントラル科学貿易	自動ピペット DIGIFLEX	2～2,000		±1%	150	17×26×40	12	165～	アベルケンダール前処理に最適
ニチリョー	ハイブリッドピペット Nichipet HB	20～1,000	可変					5.5	電動，マニュアル両機能を兼備
	オートクレーバブル Nichipet EX	0.1～10,000	〃					2.5～3.5	オートクレーブ，UV照射可能
〃	〃 Nichipet 7000	0.5～300	〃					7.5～9.8	8，12チャンネルピペット
三菱化学ヤトロン	エッペンドルフピペット リサーチV	0.1～10,000	可変					2.8～3.1	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 リサーチM	0.5～10，10～100，30～300	〃					4.4～8.6	〃（8及び12チャンネルピペット）
〃	〃 リファレンス 4910	0.1～2,500	〃					2.9～3.2	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 マルチペットプラス 4981	1～10,000	〃					3.9	〃（連続分注ピペット）
〃	〃 マルチペットプロ 4985	1～50,000	〃					9.5	〃（電動，連続分注ピペット）
	〃 リサーチプロシングル	0.5～5,000	〃					5.8	〃（電動ピペット）
〃	〃 リサーチプロマルチ	0.5～1,200	〃					10.2～12.2	〃（電動マルチチャンネルピペット）

57. 希釈装置（Diluter）

会社名	商品名 型式名	チャンネル数	希釈方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
テカンジャパン	Freedom EVO	8	チップ式	600～	107/145/205×78×87	106		希釈パラメータをソフトウェアにて設定，液面検知可
ニチリョー	マイリューターIII	1	ノズル式 チップ式	150	17.5×24×35	7.5	48	コンパクト設計
バイオテック	ハルクスオート	8,10,12	チップ式	700	88×68×65	100	750～	連続処理型，オートサンプリング
	〃 -1	8,10	〃	80	42×33×32	25	168	分注も可能

58. 洗浄器（Washer）

会社名	商品名 型式名	分注容量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
		μL	検体/h	V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
三光純薬	マイウォッシャーオートII	100～300		200	48×42×34	21	250	マイクロプレート洗浄
セントラル科学貿易	M384 Atlas Washer/ タイタンスタッカー	50～3,000	126プレート/h		74×56×61	37	580	精密コントロールにより様々なプレートに対応，最小限の残液量，スタッカー付フルオート
	マイクロプレートウォッシャー EL×50	〃			35×40×16.25	8.9	88	プログラムに従って行又は列毎に自動洗浄
テカンジャパン	パワーウォッシャー PW 384	50～400	プログラムによる	575	38×41×24	12		96，384ウエル選択可 プレートスタッカー接続可
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	ノバパス1575マイクロプレートウォッシャー	0～10 μL 毎に制御	プログラムによる	100	33×53×20	9.6	88	クロスワイズ機能搭載
バイオテック	オートミニウォッシャー AMW-2	0～1,000	1,000	30	27×45×15	8	75	マイクロプレート 8,12
	〃 AMW-24	〃	2,500	〃	〃	〃	87	〃 16,24
〃	セラウォッシャー MW-96R	0～2,000	3,000	80	30×40×18	14	125	
	〃 AMW-96F	〃	〃	〃	25×45×18	11	78	低価格タイプ
〃	AMW-96S II	〃	5,000	85	53×39×20	30	260	全自動型
	セラウォッシャー AMW-192	50～500	〃	100	55×55×40	35	375	
〃	ビーズウォッシャー BW-20A	0～10,000	2,000	70	20×30×30	10	87.5	ビーズ洗浄用
	〃 BW-25A	〃	〃	〃	〃	11	92.5	〃
〃	チューブウォッシャー TW-50N	500～10,000	3,000	600	30×37×44	20	150	ビーズ・チューブ洗浄用

59. 振盪装置（Shaker）

会社名	商品名 型式名	同時 セット数	しんとう 回数	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
		検体数	回/数	V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
三光純薬	マイクロミキサー MX-5	4枚	可変	30	28×21.5×11	5	9.8	マイクロプレート 96・120穴

60. 恒温槽（Incubater）

会社名	商品名 型式名	温度精度	調整の方式	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
		℃		V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
バイオテック	プレートインキュベーター HBI-24	±0.75	デジタル	700	51×50.5×37.5	30	135	マイクロプレート24枚セット可能

61. 純水自動製造装置（Instrument for Deionaizer）

会社名	商品名 型式名	採取容量	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
		L/h	V/A	W×D×H（cm）	kg	万円	
オルガノ	ピュアライト PRO-0100	100	840	40×50×130	130	110	オプションの品揃え
	Gシリーズ	30～4,000	5	H 53～188	5～390	3.5～100	蛇口に接続可能

62. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイディエス	分注チップ整列装置 AT-4000	洗浄したディスポチップを，ラックに1本づつ並べる装置				お問い合わせ下さい	現在ご使用のラックにセットすることも可能ですので，お問い合わせ下さい
	サンプルチューブ整列装置 ATF-30	洗浄したサンプルチューブを，ラックに1本づつ並べる装置				〃	〃
〃	採血管ナンバリング装置 SNS-500	採血管のバーコードを読み取り，必要な情報を直接採血管に印字し仕分け搬出する装置		120×80×135		〃	数字以外にも，記号，漢字等が印字可能です
	検体自走車	搬送ラインの問題点である動線妨害を解決した．人の動線を確保できる搬送装置				〃	
システムバイオティックス	HTSheet	マイクロプレートのシールや保存に耐熱シートやアルミシートも用意				0.3～1.6 /100枚	
セントラル科学貿易	ディスポ製品	高品質ディスポ製品をリーズナブルな価格で提供． （ピペットチップ，テストチューブ，スポイト，白金耳）					
第一器業	CO_2レーザマーカ ML-9100	スライドガラス上のインクを吹きとばすことによってバーコードを作製．消えない染色されないバーコードをハイスピードで作製できます．	450	70×20×20	15	450	メンテナンスフリーレーザー
	「CRYSTAL 1」バーコード・レーザープリンティングシステム	連番コードの高速印字	〃	45×20×44	20	300	ガラス供給装置
大扇産業	自動検体シーラー ATS-100	分注済みの親検体や子検体の保管（蒸発防止，転倒対策等）の為に特殊ラミネートテープを用いて，ラック毎に自動でシーリングする装置でシール後，1本毎にカットする機能を付加できます．	100/10	50×100×70.5	70		
テクノメディカ	PIS患者認識システム	PISは「患者さんの取り違い」による医療過誤の防止を主眼とした患者認識システムです．バーコード化された患者特定情報をPIS携帯端末を利用して患者とオーダー内容を処置前に照合確認することで，確実かつ正確な医療業務の遂行を支援します．患者基本情報表示をはじめ，投薬確認，輸血確認，手術予定確認，検査予定確認，投薬材料準備確認など病院内のあらゆる部署での確認作業と記録が可能です．					各施設に合わせたシステム構築が可能です．

日本ポール	血漿分離膜	全血を膜の水平方向と垂直方向血漿を分離します.					
	イムノアッセイ	高い比表面積を持ち，抗原，抗体その他のタンパクを固定できます.					
〃	コンジュゲート塗布	金コロイドや着色ラテックスなどの微粒子を安定に流出できます.					
	プレフィルトレーション	低タンパク吸着材質で検体の組成を維持しながら粒子を除去します.					
〃	マイクロアレイスライド	ガラスアレイスライドに比べ高感度，低バックグランド，低非特異反応等の特徴を持つメンブレンアレイスライド.					
	96穴フィルタープレイト	High Throughput スクリーニング用膜プレート，多検体同時精密ろ過					
〃	金コロイド	安価で，再現性，目視性の優れた金コロイドです.					
日本ミリポア	Hi-Flow Plus メンブレン	イムノクロマトグラフィー法による検査薬用に開発されたメンブレンフィルターです．高いタンパク結合量と優れた再現性を持ち，アッセイ効果が得られます.					
	Hi-Flow 用グラスファイバー Conjugate-Pad	サンプルと検出試薬の確実な結合を可能にさせるHi-Flowメンブレン専用PVAバインダーグラスファイバーフィルターです.					
〃	Hi-Flow Plus アッセンブリーキット	どのフローレイトがお客様のアッセイに最適であるかを明確にできるキットです．ラテラルフローアッセイ開発に必要な固相材料が含まれています.					
	OEM 用メンブレンフィルター	様々な医療用具アプリケーションに対応できるOEM製品としての超疎水性メンブレン及び親水・疎水両用メンブレン等です.					
バイエルメディカル	マイクロレット	二度刺防止機能，穿刺の深さは5段階に調節可能.		32×85×20	0.18		
	マイクロレットチョイス	減圧器と採血器一体型．上腕，前腕部等の部位用			0.27		
〃	ピンレッター	キャップ，採血針一体型（ディスポタイプ）			0.1		
メルシー	アクティブモア MD 5600	短時間での血液が促進できます.	100/	47×32×23	8,5	15.75	
ユニフレックス	メカトロペット	手軽に使えるメカトロペットは個人偏差のない正確なピペッティングを実現します.					
ワープ太陽	温熱モミ波動プロ MD 5100		100/0.31	51×35×27	11.5	15.8	
ワットマンジャパン	フュージョン5 FUSION 5™	従来のイムノクロマトキットに必要な5つの機能を合わせもつ新製品です.					
	イムノポア Immunopore™	あらかじめブロッキング処理がしてあるのでそのままの状態で長期間の保存が可能であり，容易に迅速に診断薬開発を行うことのできるニトロセルロースメンブレン					
〃	ピュラバインド PuraBind™	デバイスメーカーで独自の後処理を施すことができるニトロセルロースメンブレン					
	F075 シリーズ	リリースの量と速度を自在に調整でき，至適条件作りが可能なコンジュゲートパッド					
〃	Rapid Q	コーティング処理済みの使い易いコンジュゲートパッド					
	血球分離フィルター	分離モード別フィルター					
〃	サンプル採取保存紙	一定量の血液等のサンプルを採取保存					
	吸水紙	コットンセルロース性の均一なフィルターです．目的に合った吸水量・速度の素材を選べます.					

〃	医療デバイス用フィルター	医療デバイスに組み込む空気抜き用フィルター					
	サイクロポア	薬剤のスローリリースやバイオセンサー用メンブレン					
〃	アノポア	マイクロアレイ・DNA チップ用のセラミックフィルター					
	FTA カード	カード上で DNA の分離・抽出，室温での保存・輸送が可能.					
〃	クローンセーバー	カード上で BAC/プラスミド DNA を簡単に分離・固定し，室温での保存が可能.					

体外診断用医薬品

生化学（1）

会社名 / 項目名	アズウェル	エイアンドティー	栄研化学	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	オリンパス	カイノス	協和メデックス	極東製薬工業	三光純薬	シスメックス
AST(ALT)	JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠	Rate Assay (JSCC)	JSCC 標準化対応法, 他1	JSCC 対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応 液状試薬	UV 法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法, 他2
ALP	〃	P-ニトロフェニルリン酸基質法	〃	IFCC 法準処	〃 CEAE バッファ	〃		P-ニトロフェニルリン酸法	〃	〃 , 〃
ACP				α-ナフチルリン酸法						
ADA								PNP-XOD 法		
ALD	UV・酵素法									
AMY	GAL-G5-4NP 法	Gal-G5-PNP 法	Gal-G5-PNP 基質法	色素アミロペクチン法	E-G7-PNP 基質法	G3-CNP 法	Gal-G2-CNP 法 液状試薬	Gal-G2-CNP 法 他	Gal-G2・CNP 法	Gal-G5-PNP 法, 他2
γ-GTP	JSCC 標準化対応法		Rate Assay (JSCC)	IFCC 法準処	IFCC 対応法	JSCC 標準化対応法, 他1	JSCC 標準化対応 液状試薬	Glucana 法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法,
CK	〃		JSCC 標準化対応法	〃	JSCC 対応法	〃	〃 液状試薬	HK - G6PDH 法	〃	〃 , 他1
CHE	ヨウ化ブチリルチオコリン法		Garry 変法	チオコリン法/ヨウ化ブチリルチオコリン法	ブチリルチオコリン基質法	p-HBC 基質法	P-ヒドロキシベンゾイルコリン 液状試薬	ベンゾイルコリン法	DHBC-UV 法	DMBT 法
LDH	JSCC 標準化対応法	ピルビン酸基質法	JSCC 標準化対応法	P→L UV 法	IFCC 対応法	JSCC 標準化対応法, 他1	JSCC 標準化対応液状試薬, 他1	UV 法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法, 他1
MAO							アリルアミン基質			
LCAT	酵素法									
3-HB						酵素サイクリング法				
TKB						〃				
リパーゼ	カラーレイト合成基質法					カラーレート法	DGGMR 基質液状試薬			
LAP			L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法		L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法	L-ロイシン・PNA 基質法, 他2	GSCC 標準化対応液状試薬, 他1		GSCC 準拠試薬	PNA 法, 他2
AMY アイソザイム	免疫阻害法						免疫阻害法 Gal-G2・CNP 法 液状試薬		免疫阻害法	阻害抗体法, 他1
CK アイソザイム	〃			免疫阻害法			化学発光イムノアッセイ法		〃	〃
LDH アイソザイム	ジアホラーゼ・NTB 法									プロテアーゼ阻害法
TP	ビウレット法		ビューレット法	ビューレット法	ビューレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビューレット法	ビウレット法, 他1
Alb	BCG 法		BCG 法	BCG 法	BCG 法	BCP 法	BCG 法	BCG 法	BCG 法	BCG 法
UN	酵素法	酵素法	ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ・アンモニア指示薬法	ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ UV 法 アンモニア消去法	ウレアーゼ・GLDH 法 液状試薬, 他1	GLDH 法	ウレアーゼ・GLDH 法, 他1	Urease - GL - DH 法
UA	〃	〃	ウリカーゼ・TOOS 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法 液状試薬	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法	ウリカラーゼ・ペルオキシダーゼ法
CRE	〃	〃	酵素法	酵素法	酵素法	酵素法	ザルコシンオキシダーゼ法 液状試薬	ザルコシンオキシダーゼ法	酵素法, 他1	酵素法, 他1
CR						〃				
NH_3				アンモニア指示薬法			GLDH・UV 法			

T-Bil	酵素法		安定化ジアジニウム塩法	ジアゾ法	ジアゾ法 酵素法	酵素法			安定化ジアゾニウム塩法	酵素法，他1
D-Bil	〃					〃			〃	〃
TG	〃	酵素法	遊離グリセロール消去法	酵素法	CHOD/PAP法	酵素法(グリセロール消去法)	FG消去法 酵素法　液状試薬	酵素法	FG消去酵素法	HK-UV法，他1
PL	〃		酵素法			酵素比色法	PLD-POD法 液状試薬	〃		PLD-POD法
NEFA	〃		〃				ACS-ACO-POD高感度発色剤BCMA			ACS-ACOP-SLEP法
T-CHO	〃	酵素法	コレステロールオキシダーゼ法	COE・COD・POD色素法	CHOD/PAP法	コレステロール酸化酵素比色法	CHER-CHOD-POD液状試薬	酵素法	コレステロールオキシダーゼ法	CDH-UV法，他1
F-CHO	〃					酵素法	CHOD・POD 液状試薬			CDH-UV法
HDL						非沈殿操作法				
HDL-CHO			選択阻害法	デキストラン硫酸-Mg沈殿法			直接法			CDH-UV法，他1
LDL						非沈殿操作法				
LDL-CHO			直接法				直接法			選択酵素阻害法
胆汁酸及び分画								酵素法		
TBA						酵素サイクリング法				3α-HSDテトラ法
Glu		GOD固定化酵素膜電極法	ヘキソキナーゼG6PD法	GOD・POD色素法	ヘキソキナーゼ-G6PDH法	ヘキソキナーゼUV法	GLck-NADPHUV法　液状試薬	HK法	ヘキソキナーゼ・UV，他1	HK法，他2
1,5 AG						酵素法	AG6P-DH, DIP(ホルマザン)液状試薬			
U-GL						ブドウ糖脱水素酵素法				
HbA_{1c}							ラテックス免疫法			免疫比濁法
GA							酵素法　液状試薬 糖化アミノ酸消去			
シアル酸						カラーエンド法		酵素法		UV法
乳酸				乳酸酸化酵素POD色素法			LAOD-POD法			
ピルビン酸							PAOD-POD法			
Na		イオン選択電極法		ISE直接法						電極法
K		〃		〃						〃
Cl		〃		〃						〃
HCO_3				酵素法						
Ca	OCPC法		OCPC法	アルセナゾIII色素法	OCPC法	OCPC法			OCPC法	OCPC法
Mg	マグノレッド法			色素法	キシリジルブルー法	酵素法	GK-GGPDH UV法　液状試薬			酵素法
IP	モリブデン酸直接法		SP-UV法	リンモリブデン酸比色法	モリブデン酸直接法	〃	PNP-XOD-POD液状試薬	酵素法	SP-UV法	〃
Fe			Nitroso-PSAP法	アゾピリジン色素法	ニトロソ-PSAP法	ニトロソ-PSAP法	ニトロソ-PSAP法　液状試薬	Nitroso-PSAP法		フェレン法

TIBC			〃	カラム処理比色法						
UIBC			〃		ニトロソ-PSAP法	ニトロソ-PSAP法	ニトロソ-PSAP法 液状試薬	Nitroso-PSAP法		フェレン法
NAG			MPT-NAG基質法				PNP-NAG基質酵素法		MPT-NAG基質法	
尿中微量アルブミン			免疫比濁法			免疫比濁法		免疫比濁法		免疫比濁法

生化学（2）

会社名 / 項目名	常光	第一化学薬品	ダコ・サイトメーション	デイドベーリング	デンカ生研	東芝メディカルシステムズ	東ソー	ニットーボーメディカル	ニプロ	日本抗体研究所
AST（ALT）		JSCC勧告法準拠		IFCC法/JSCC法準拠	JSCC標準化対応試薬	JSCC標準化対応法		JSCC標準化対応試薬	JSCC標準化対応試薬	
ALP		〃		Boners-Mccomb法 IFCC法/JSCC法準拠	〃	〃		〃	Kind-King改良法	
ACP				TMP基質法				DCAP-P基質法		
ADA					UV-Rate法			UV-Rate法	キサンチンオキシダーゼ酵素法	
ALD		酵素法								
AMY		Gal-G2-CNP基質法		G3CNP法	Et-G7pNP法	合成基質法		ガラクトシル-G5-PNP法	Gal-G2-CNP法	
γ-GTP		γ-グルタミルCNA基質法		IFCC法準拠	IFCC標準化対応試薬	JSCC標準化対応法		JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法	
CK		JSCC勧告法準拠		Oliver-Rosalki変法/JSCC法準拠	JSCC標準化対応試薬	〃		〃	IFCC法	
CHE		3,4-ジヒドロキシベンゾイルコリン基質法		チオコリン法/ヨウ化メチルチオコリン	DTNB法	合成基質法		3,4-ジヒドロキシベンゾイルコリン基質法	ベンゾイルコリン基質法	
LDH		JSCC勧告法準拠		wacker変法/JSCC法準拠	JSCC標準化対応試薬	JSCC標準化対応法		JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法	
LCAT		真鍋・板倉法								
LAP		L-ロイシルPNA基質法		PNA基質法		合成基質法		L-ロイシル-P-アニリド法	GSCC法	
ALPアイソザイム	電気泳動による分画									
AMYアイソザイム		Gal-G2-CNP基質法	酵素法							
CKアイソザイム	電気泳動による分画		EIA法 CK-MB	免疫阻害法/ELISA法(CKMB)/EIA(マスCKMB)			EIA法 CK-MB	免疫阻害法 CK-MB		
LDHアイソザイム	〃									
TP		ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法	
Alb		BCG法		BCP法	BCG法	BCG法/BCP法		BCG法	BCG法	
UN		UV・レート法		ウレアーゼ・GLDH法	Urease-GLDHアンモニア消去法	ウレアーゼ・GLDH法		ウレアーゼ・GLDH法	ウレアLeuDH法（ダブルカイネティック法）	
UA		酵素法		ウレアーゼ・UV法	酵素法	ウリカーゼ・POD法		ウリカーゼ・POD法	ウリカーゼ POD法	
CRE		〃		ヤッフェ・レート法/酵素法	〃	酵素法		酵素法	酵素法	

NH_3				GLDH・UV 法		〃		UV 法		
T-Bil		アゾビリルビン法		Jendrassik 法/バナジン酸法	Jendrassik 法	亜硝酸酸化法		亜硝酸酸化法	安定化ジアゾニウム法	
TG		酵素法		酵素法，グリセリン消去法	酵素法	酵素法		酵素法（フリーグリセロール消去法）	LPL-GK-GPO-POD 酵素法	
PL		〃		〃	〃	〃			フォスフォリパーゼ D 酵素法	
NEFA		〃								
T-CHO		〃		酵素法	酵素法	酵素法		酵素法（POD 法）	COE-COD-POD 法	
HDL-CHO		直接法		直接法	直接法	直接法		直接法		
LDL-CHO		酵素的測定法		〃	〃	〃		〃		
RLP-C										免疫吸着法，酵素法
胆汁酸及び分画		酵素サイクリング法								
Glu		ヘキソキナーゼ法		HK 法	HK-G 6 PDH 法	HK-G-6-PDH 法		ヘキソキナーゼ UV 法	ヘキソキナーゼ法	
HbA_{1c}		ラテックス凝集法	原料用抗体	免疫学的方法	ラテックス免疫凝集法		HPLC 法			
シアル酸									酵素 UV 法	
乳酸				酵素法				酵素法		
Na				イオン選択性電極法		イオン選択電極法			電極法	
K				〃		〃			〃	
Cl				〃		〃			〃	
Ca		OCPC 法		OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法		OCPC 法	アルセナゾIII 法	
Mg		キシリジルブルー法		メチルチモールブルー法	酵素法	酵素法		酵素法		
IP		フィスケ・サバロー変法		モリブデン酸・UV 法/酵素法	〃	〃		〃	酵素法	
Fe		フェロジン発色法		Ferene 法		ニトロソ-PSAP 法		ニトロソ-PSAP 法		
TIBC				〃						
UIBC		フェロジン発色法				ニトロソ-PSAP 法		ニトロソ-PSAP 法		
NAG						合成基質法		MPT-NAG 基質法		
hCG			免疫比濁用，EIA 用原料	EIA 法			EIA 法			
尿中微量アルブミン			〃	NIA 法，TIA 法	免疫比濁法			免疫比濁法	免疫比濁法	
尿中マイクロトランスフェリン								〃（LA 法）		

生化学（3）

会社名 / 項目名	バイエルメディカル	三菱化学ヤトロン	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業						
AST（ALT）	IFCC 標準化対応法	UV・レート法，他2	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応						
ALP	〃	p-ニトロフェニルリン酸基質法，他1	〃	〃						
ACP		Kind-King 法	1ナフチルリン酸法	CNP 基質法						
ALD			UV・酵素法	UV レート法						
AMY	G3-CNP 法	B-G5-β-CNP 法，他3	IFCC 準拠法	BG5P 基質法						
γ-GTP	IFCC 標準化対応法	γ-グルタミル-p-ニトロアニリド，他1	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応						
CK	〃	UV・レート法，他2	〃	〃						
CHE	プロピオニルチオコリン基質法	BTC-DTNB 法，他3	ベンゾイルコリン基質法	5メチル2ラノイルーチオコリン基質法，他1						
LDH	L→P UV 法	UV-レート法，他1	JSCC 標準化対応法/SFBC 勧告法	JSCC 標準化対応，他1						
LAP				4NA						
AMY アイソザイム			免疫阻害法 P-AMY	免疫阻害法 P-AMY						
CK アイソザイム		免疫阻害法	〃 CK-MB	〃 CK-MB						
CK アイソホーム		〃								
TP	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法						
Alb	BCG 法	BCG 法	BCG 法	BCG 法，新 BCP 法						
UN	GLDH 法	ウレアーゼ・UV 法，他1	酵素法	アンモニア消去法，他1						
UA	ウリカーゼ POD 法	酵素法	〃	ウレカーゼ・POD 法						
CRE	Jaffe 法	〃	〃 /Jaffe 法	酵素法，他1						
NH_3			GLDH 法							
T-Bil	ジアゾ法	酵素法	ジアゾ法	バナジン酸法，他1						
TG	酵素比色法	GPO 酵素法	酵素法	グリセリン消去法，他1						
PL	酵素法	酵素法	〃	酵素法						
NEFA		酵素・UV 法	〃	〃						
T-CHO	酵素法	酵素法	〃	〃						
HDL-CHO	デキストラン硫酸 Mg 沈澱法		化学修飾酵素法	免疫阻害法						
LDL-CHO			選択的可溶化法	選択保護法						

胆汁酸及び分画		酵素比色法		酵素法						
Glu	ヘキソキナーゼ法	GlcK（UV・エンドポイント法）	酵素法（HK/G6P-DH法）	ヘキソキソーゼ・UV法						
フルクトサミン			NBT法	酵素法						
HbA_{1c}			ラテックス免疫法，他1	免疫阻害比濁法						
シアル酸				酵素法						
Na	電極法		電極法	イオン選択電極法						
K	〃		〃	〃						
Cl	〃，他1		〃	〃						
Ca	OCPC法	OCPC法	OCPC法	MXB法，他1						
Mg	キシリジルブルー法	GlcK・G-6-PDH法	キシリジルブルー法	酵素法，他1						
IP	モリブデン酸UV法	酵素法	モリブデン酸UV法	〃，他1						
Fe	直接比色法	NPS法	フェロジン法，他1	バソフェナントロリン法						
UIBC		〃	〃	〃						
NAG			合成基質法	4HP-NAG基質法						
hCG		ラテックス免疫比濁法，他2	電気化学発光法							
尿中微量アルブミン	免疫比濁法	免疫比濁法，他1	免疫比濁法	免疫比濁法						

免疫血清（1）

会社名 / 項目名	アズウェル	アボットジャパン	医学生物学研究所	エイアンドティー	栄研化学	大塚製薬	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	オリンパス	カイノス	協和メデックス
CRP	免疫比濁法			LIA 法	LIA 法			TIA 法	ラテックス免疫比濁法，免疫比濁法	免疫比濁法
ASO			ラテックス比濁 ラテックス凝集法	〃	〃			ラテックス法	〃	
RF			ラテックス凝集法，ELISA 法	〃	〃			TIA 法	〃	
IgG			免疫比濁法	〃	〃			〃	免疫比濁法	
IgA			〃	〃	〃			〃	〃	
IgM			〃	〃	〃			〃	〃	
IgE		MEIA 法	ELISA 法	〃	〃			〃	EIA 法	化学発光イムノアッセイ法
C_3，C_4			免疫比濁法	〃	〃			〃	免疫比濁法	
β-Lipo	ヘパリン-Ca 法				TIA 法			〃	〃	
LP(a)			免疫比濁法	LIA 法	免疫比濁法					
Apo A-I			〃		〃				免疫比濁法	
Apo A-II			〃		〃				〃	
Apo B			〃		〃				〃	
Apo C-II			〃		〃				〃	
Apo C-III			〃		〃				〃	
Apo E			〃		〃				〃	
AFP	金コロイド比色法	MEIA 法 CLIA 法		LIA 法	LIA 法		CLEIA 法		EIA 法	化学発光イムノアッセイ法
CEA		〃			〃		〃		〃	〃
NSE					RIA 法					
フェリチン		MEIA 法 CLIA 法		LIA 法	LIA 法		CLEIA 法		EIA 法	化学発光イムノアッセイ法
エラスターゼ 1		RIA 法			〃					
β_2M		MEIA 法		LIA 法	〃				EIA 法	ラテックス凝集積分球濁度法
PAP		〃			EIA 法					
PA					〃					
PSA	ELISA 法	MEIA 法 CLIA 法					CLEIA 法		EIA 法，イムノクロマト法	化学発光イムノアッセイ法
F-PSA		〃								

C-PSA										〃
ペプシノゲンI	ELISA 法	CLIA 法							EIA 法, ELISA 法	EIA・プレート法
ペプシノゲンII	〃								〃	〃
CA 19-9		MEIA 法 CLIA 法			EIA 法		CLEIA 法		EIA 法	化学発光イムノアッセイ法
CA 125		MEIA 法			〃		〃			〃
CA 15-3		〃					〃			〃
CA 50									EIA 法	
DUPAN-2										EIA・プレート法
梅毒反応		イムノクロマト法		LIA 法			イムノクロマト法		ラテックス免疫比濁法, TPLA 法	
クラミジア (Ab・Ag)									ELISA 法	EIA・プレート法
HA(AD)		MEIA 法								
HBs(Ag・Ab)	ELISA 法	MEIA 法 イムノクロマト法 CLIA 法			CLEIA 法		CLEIA 法, 他			ラテックス凝集積分球濁度法
HBe(Ag・Ab)		MEIA 法 CLIA 法					〃			
HBcAb		〃					〃			
HBcIgMAb		MEIA 法 CLIA 法 RIA 法					〃			
HAVIgMAb		MEIA 法					〃			
HCV(Ag)							〃			
HCV(Ab)	ELISA 法	MEIA 法, CLIA 法 PHA 法					〃 IRMA 法, 他 4			
HIV(Ab)		MEIA 法 イムノクロマト法					〃			
インスリン		MEIA 法			RIA 法				EIA 法	化学発光イムノアッセイ法
T_3, T_4		MEIA 法 CLIA 法			〃		CLEIA 法		〃	〃
FT_3, FT_4		〃			〃		〃		〃	〃
T_3U							〃			〃
コルチゾール		FPIA 法			RIA 法		〃		EIA 法	〃, 他 1
ACTH										化学発光免疫法
HGH										〃
intact PTH										〃
Bio-intact										〃
TSH		MEIA 法 CLIA 法			RIA 法		CLEIA 法		EIA 法	〃, 他 1

LH		〃			〃		〃		〃	〃
プロラクチン		〃					〃		〃	〃
FSH		〃			RIA 法		〃		〃	〃
HCG		MEIA 法 イムノクロマト法			LIA 法		〃		〃	〃
HPL					〃					
プロゲステロン							CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法
テストステロン							〃			〃
E_2		MEIA 法 CLIA 法					〃			〃
E_3		FPIA 法								
糞便ヘモグロビン(便潜血)	金コロイド比色法	イムノクロマト法			LIA 法					ラテックス免疫法
H. Pylori	ELISA 法				ELISA 法	イムノクロマト法，ELISA 法，他 1			EIA 法	EIA・プレート法(Ab)
ミオグロビン				LIA 法					〃	化学発光イムノアッセイ法
BNP										〃
トロポニン T										〃
〃 I										〃
β-HCG		MEIA 法， CLIA 法								
C-ペプチド									EIA 法	化学発光イムノアッセイ法
ミオシン L									〃	
抗核抗体			ELISA 法， 間接蛍光抗体法						Hap II， ELISA	
抗ミトコンドリア抗体			〃 〃							
抗 LKM-1 抗体			〃							
抗リン脂質抗体			〃 希釈ラッセル蛇毒試験法							
MMP-3			ELISA 法							
ANCA			〃 間接蛍光抗体法							
抗 Dsg 抗体			〃							
抗 Tg 抗体			ELISA 法						ELISA 法	化学発光イムノアッセイ法
抗 TPO 抗体			〃						〃	〃
γ-Sm									EIA 法	
抗酸菌抗体										EIA・プレート法(Ab)

SCC		MEIA 法								

免疫血清（2）

項目名＼会社名	極東製薬工業	三光純薬	シスメックス	常光	スウェーデンダイアグノスティックス	住友製薬バイオメディカル	第一化学薬品	ダコ・サイトメーション	デイドベーリング	デンカ生研
CRP	ラテックス比濁法	TIA 法	ラテックス凝集法，他 1			免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法	免疫比濁用，EIA 用原料	NIA 法，TIA 法，LA 法	ラテックス凝集法
ASO	〃		〃						〃	〃
RF	〃		〃，他 1						〃	〃
IgG	免疫比濁法		免疫比濁法				免疫比濁法	免疫比濁用，EIA 用原料	〃，TIA 法	免疫比濁法
IgA	〃		〃				〃	〃	〃，TIA 法	〃
IgM	〃		〃				〃	〃	〃，TIA 法	〃
IgE			PAMIA 法		FEIA 法			〃	CLEIA 法 NIA 法	ラテックス凝集法
C_3，C_4	免疫比濁法		免疫比濁法				免疫比濁法	〃	NIA 法，TIA 法	免疫比濁法
β-Lipo			〃				ヘパリン比濁法			Heparin-ca 法
LP（a）			ラテックス比濁法	等電点電気泳動アイソホーム法			免疫比濁法	免疫比濁用，EIA 用原料	NIA 法	ラテックス凝集法
Apo A-I			免疫比濁法				〃	〃	〃	
Apo A-II			〃				〃		〃	
Apo B			〃				〃	免疫比濁用，EIA 用原料	〃	
Apo C-II			〃				〃			
Apo C-III			〃				〃			
Apo E			〃	等電点電気泳動アイソホーム法			〃	免疫比濁用，EIA 用原料	NIA 法	
IAP		TIA 法								
AFP		ECLIA 法，他 1	EIA 法 PCIA 法					免疫比濁用，EIA 用原料	CLEIA 法	
CEA			〃					〃	〃	
NSE									〃	
フェリチン	ラテックス比濁法		EIA 法 RPHA 法					免疫比濁用，EIA 用原料	NIA 法，CLEIA 法	ラテックス凝集法
β_2M			PCIA 法			ラテックス比濁法		〃	〃	〃
PIVKA-II		ECLIA 法，他 1								
PAP			EIA 法							

PA										
PSA			EIA 法 PCIA 法					原料用抗体	CLEIA 法 EIA 法	
F-PSA									EIA 法	
CA 19-9			EIA 法 PCIA 法						CLEIA 法	
CA 125			〃						〃	
梅毒反応	ラテックス比濁法	ラテックス凝集法，他 1	EIA 法，RPHA 法，PCIA 法，EIA 法						EIA 法，NIA 法，CLEIA 法	
クラミジア (Ab・Ag)	ELISA 法		直接蛍光抗体法					原料用抗体		
HBs(Ag・Ab)	ラテックス比濁法	イムノクロマト法	EIA 法 PCIA 法					免疫比濁用，EIA 用原料	EIA 法 CLEIA 法	
HBe(Ag・Ab)			〃						〃	
HBc(Ab)			〃					免疫比濁用，EIA 用原料	〃	
HCV(Ab)			〃							
HIV(Ab)			PCIA 法						EIA 法	
HTLV-1			〃							
ATL		ECLIA 法，他 1								
インスリン			EIA 法 PCIA 法					原料用抗体	CLEIA 法	
T_3，T_4								免疫比濁用，EIA 用原料	CLEIA 法 EIA 法	
FT_3，FT_4									〃	
コルチゾール								免疫比濁用，EIA 用原料		
TSH								〃	CLEIA 法 EIA 法	
LH				ワンステップ・イムノクロマト法				〃	CLEIA 法	
プロラクチン									〃	
FSH								免疫比濁用，EIA 用原料	〃	
カルシトニン								〃		
HCG				ワンステップ・イムノクロマト法				〃	EIA 法	
糞便ヘモグロビン(便潜血)		イムノクロマト法	ラテックス法	〃				原料用抗体		
H. Pylori			ウレアーゼ法				ラテックス凝集法		CLEIA 法	
ミオグロビン	ラテックス比濁法							原料用抗体	NIA 法，EIA 法	ラテックス凝集法
C-ペプチド								〃	CLEIA 法	
心筋トロポニン I								〃	EIA 法	

β-HCG									〃	
BNP								原料用抗体		
エリスロポエチン	ELISA 法									

免疫血清（3）

会社名 / 項目名	東芝メディカルシステムズ	東ソー	日水製薬	ニットーボーメディカル	ニプロ	日本ビオメリュー	バイエルメディカル	富士レビオ	三菱化学ヤトロン	ロシュ・ダイアグノスティックス
CRP	LIA 法/TIA 法		LIA 法，蛍光免疫法	免疫比濁法（TIA 法，LA 法）	免疫比濁法		免疫比濁法	FPIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	免疫比濁法，ラテックス凝集比濁法
ASO	〃		LIA 法	〃				PA 法	〃	ラテックス凝集比濁法
RF	〃		〃	〃					〃	〃
IgG			TIA 法	免疫比濁法（TIA 法）			免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁法
IgA			〃	〃			〃		〃	〃
IgM			〃	〃			〃		〃	〃
IgE	LIA 法	EIA 法	EIA 法			EIA 法	CLIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	電気化学発光法
特異 IgE							〃			
C_3，C_4			TIA 法	免疫比濁法（TIA 法）			免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁法
β-Lipo									〃	ヘパリン比濁法
LP（a）	LIA 法			免疫比濁法（TIA 法）				免疫比濁法	〃	ラテックス凝集比濁法
Apo A-I				〃					〃	免疫比濁法
Apo A-II				〃					〃	
Apo B				〃					〃	免疫比濁法
Apo C-II				〃					〃	
Apo C-III				〃					〃	
Apo E				〃					〃	免疫比濁法
AFP	LIA 法	EIA 法	EIA 法			EIA 法	EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	電気化学発光法
AFP-L 3％										
PIVKA II										
CEA		EIA 法	EIA 法			EIA 法	EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	EIA 法，電気化学発光法
NSE										〃

フェリチン	LIA 法	EIA 法	EIA 法			EIA 法	EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	〃
β_2M	〃	〃	〃	免疫比濁法 (LA 法)		〃	〃	〃	〃 ,他 2	
PAP		〃	〃	免疫阻害法					IRMA 法 CLEIA 法	
PA							EIA 法 CLIA 法		ラテックス免疫比濁法, 他 1	
PSA		EIA 法	EIA 法			EIA 法		CLEIA 法	〃	電気化学発光法
CPSA							CLIA 法			
FPSA										電気化学発光法
CA 19-9		EIA 法	EIA 法				FIA 法 CLIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法	〃
CA 125		〃	〃				〃	〃	CLEIA 法	〃
CA 15-3		〃	〃				〃	〃	〃	〃
CA 72-4										〃
梅毒反応			蛍光免疫法					CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス凝集比濁法
クラミジア (Ab・Ag)						EIA 法(Ag)		DNA プローブ法	EIA 法	
HA (AD)						〃				電気化学発光法
HBs(Ag・Ab)		EIA 法	EIA 法			〃	CLIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	〃
HBe(Ag・Ab)		〃	蛍光免疫法, EIA 法			〃		〃		〃
HBc(Ab)		〃	〃			〃	CLIA 法	〃		〃
IgM HBc(Ab)							〃			
HCV(Ab)			蛍光免疫法					CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法	
HIV(Ab)						EIA 法 (Ag・Ab)		〃		
ATL								〃		
インスリン		EIA 法	EIA 法				CLIA 法	〃	ラテックス免疫比濁法, 他 1	電気化学発光法
GH			〃						CLEIA 法	
T_3, T_4		EIA 法	〃			EIA 法	EIA 法 CLIA 法		〃	電気化学発光法
FT_3, FT_4		〃	〃			〃	〃	CLEIA 法	FIA 法, 他 1	EIA 法, 電気化学発光法
コルチゾール		〃	〃			〃	〃		CLEIA 法	電気化学発光法
カテコールアミン		HPLC 法								
TSH		〃	EIA 法			EIA 法	EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法	FIA 法, 他 1	電気化学発光法
LH		〃	〃 , 蛍光免疫法		定性・金コロイドクロマト法	〃	〃	〃	CLEIA 法, 他 1	〃

プロラクチン		〃	〃 ,			〃	〃	〃	〃, 他1	〃
FSH		〃	〃 ,			〃	〃	〃	〃, 他1	〃
HCG		〃	〃 ,		定性・金コロイドクロマト法	〃	〃		ラテックス免疫比濁法, 他1	〃
HPL									〃	
E_2		EIA 法	EIA 法, 蛍光免疫法			EIA 法	EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法	
E_3									ラテックス免疫比濁法	
糞便ヘモグロビン(便潜血)							MPA 法		〃	
H. Pylori							EIA 法			
TPOAb		EIA 法	EIA 法				CLIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法	
TgAb		〃	〃				〃	〃	〃	電気化学発光法
βHCG		〃	〃						〃	
プロゲステロン		〃	〃 , 蛍光免疫法			EIA 法			〃	電気化学発光法
テストステロン		〃	EIA 法							
C ペプチド		〃	〃				CLIA 法		CLEIA 法	
トロポニン I						EIA 法	〃			電気化学発光法
ミオグロビン	LIA 法	EIA 法	蛍光免疫法, EIA 法			〃	〃		ラテックス免疫比濁法	〃
抗 TPO							〃		CLEIA 法	
BNP		EIA 法	EIA 法							
プレアルブミン				免疫比濁法 (TIA 法)						
Tf				〃						
RBp				〃 (LA 法)						

免疫血清（4）

項目名＼会社名	和光純薬工業
CRP	LIA 法，他 1
ASO	〃
RF	〃 ，他 1
IgG	TIA 法
IgA	〃
IgM	〃
IgE	LIA 法，他 1
C_3，C_4	TIA 法
β-Lipo	〃
LP（a）	〃
Apo A-I	〃
Apo A-II	〃
Apo B	〃
Apo C-II	〃
Apo C-III	〃
Apo E	〃
AFP	CLEIA 法，他 1
AFP-L 3％	LBA 法
PIVKA II	
CEA	CLEIA 法，他 1
NSE	〃
フェリチン	〃 ，他 1
β_2M	〃
PSA	CLEIA 法
CA 19-9	〃
CA 125	〃

項目名＼会社名	和光純薬工業
梅毒反応	LIA 法，他 1
HBs(Ag・Ab)	CLEIA 法
HBe(Ag・Ab)	〃
HBc(Ab)	〃
インスリン	CLEIA 法，他 1
T_3，T_4	〃
FT_3，FT_4	〃
TSH	〃
LH	〃
プロラクチン	〃
FSH	〃
HCG	イムノクロマト法
糞便ヘモグロビン（便潜血）	金コロイド比色法（免疫法）
H. Pylori	CLEIA 法
C ペプチド	〃
ミオグロビン	TIA 法

血液凝固・線溶（1）

会社名 / 項目名	エイアンドティー	栄研化学	カイノス	極東製薬工業	三光純薬	シスメックス	第一化学薬品	ダコ・サイトメーション	デイドベーリング	東芝メディカルシステムズ
PT	粘度法				凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法			
PTT	〃				〃	〃	〃			
トロンボテスト	〃				〃	〃	〃			
ヘパプラスチンテスト	〃				〃	〃	〃			
プロテインC						凝固時間法，合成基質法	発色性合成基質法	免疫比濁用，EIA用原料		
プロテインS								〃		
ATIII	LIA法	LIA法			合成基質法	凝固時間法，合成基質法	発色性合成基質法	〃	NIA法	
α_2PI					〃	合成基質法	〃	〃		
PLG					〃	〃	〃		NIA法	
FDP-T	LIA法		ラテックス免疫比濁法	〃		ラテックス凝集比濁法	免疫比濁法			
FDP-E										
D-Dダイマー			ラテックス免疫比濁法	ラテックス比濁法	ラテックス比濁法	ラテックス凝集比濁法，他1	免疫比濁法			
P-FDP			〃							
Fbg	粘度法				凝固時間法	トロンビン時間	凝固時間法		NIA法	TIA法
TAT						EIA法			EIA法	
PIC						〃 ，他1	免疫比濁法			
第II凝固因子					凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法			
第V凝固因子					〃	〃	〃			
第VII凝固因子					〃	〃	〃			
第VIII凝固因子					〃	〃 ，他1	発色性合成基質法，他1	免疫比濁用，EIA用原料		
第IX凝固因子					〃	〃	凝固時間法			
第X凝固因子					〃	〃	〃	〃		
第XI凝固因子					〃	〃	〃			
第XII凝固因子					〃	〃	〃			
第XIII凝固因子					〃					
複合因子						凝固時間法				

ヘパリン						合成基質法	発色性合成基質法			
F 1+2									EIA 法	

血液凝固・線溶（2）

会社名 / 項目名	日水製薬	ニットーボーメディカル	ニプロ	日本ビオメリュー	三菱化学ヤトロン	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業			
PT				凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法	粘度法			
PTT				〃		〃	〃			
トロンボテスト					凝固時間法		〃			
ヘパプラスチンテスト					〃		〃			
プロテインC					ラテックス免疫比濁法, 他1	合成基質法 凝固時間法				
プロテインS					合成基質法	凝固時間法				
ATIII	蛍光免疫法	合成基質法 TIA 法		合成基質法	ラテックス免疫比濁法, 他1	合成基質法				
α_2PI		合成基質法		〃	〃	〃				
PLG		合成基質法 TIA 法		〃	〃	〃				
FDP-T	蛍光免疫法		ラテックス凝集比濁法	ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法				
FDP-E			〃		〃	〃				
D-D ダイマー	蛍光免疫法		〃	ラテックス凝集法, EIA 法	〃 , 他1	〃				
P-FDP	〃									
Fbg		免疫比濁法		凝集時間法	塩析法	凝固時間法 免疫比濁法	粘度法			
TAT					TR-FIA 法					
PIC	蛍光免疫法				ラテックス免疫比濁法, 他1					
第II凝固因子				凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法				
第V凝固因子				〃	〃	〃				
第VII凝固因子				〃	〃	〃				
第VIII凝固因子				〃	〃	〃				
第IX凝固因子				〃	〃	〃				
第X凝固因子				〃	〃	〃				
第XI凝固因子				〃	〃	〃				

第Ⅻ凝固因子				〃	〃	〃				
第XIII凝固因子			ラテックス凝集比濁法		ラテックス免疫比濁法, 他1	〃				
複合因子					凝固時間法					
〃 TT						凝固時間法				
〃 HT						〃				
FMC						ラテックス免疫凝集比濁法				
ヘパリン					合成基質法					

血中薬物（1）

項目名＼会社名	アボット ジャパン	協和メデックス	第一化学薬品	デイドベーリング	バイエルメディカル	三菱化学ヤトロン	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業		
N-アセチルプロカインアミド	FPIA 法						FPIA 法			
アセトアミノフェン	〃			酵素加水分解法						
アプリンジン	〃									
アミカシン	〃									
アルベカシン	〃									
エタノール	〃			酵素法			酵素法	酵素法		
エトスクシミド	〃			EMIT 法				EMIT 法		
カルバマゼピン	〃	化学発光イムノアッセイ法	CEDIA 法	〃，PETINIA 法	CLIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	FPIA 法	〃		
キニジン	〃			〃			〃			
ゲンタマイシン	〃	化学発光イムノアッセイ法		〃，PETINIA 法	CLIA 法	CLEIA 法	〃	EMIT 法		
サリチル酸	〃									
シクロスポリン	〃		CEDIA 法	EMIT 法 ACMIA 法				EMIT 法		
ジソピラミド	〃			〃				〃		
ジギトキシン	〃		CEDIA 法	PETINIA 法		CLEIA 法				
ジゴキシン	〃 FDIA 法 MEIA 法	化学発光イムノアッセイ法	〃 ラテックス凝集比濁法	EMIT 法	EIA 法 CLIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	ラテックス凝集比濁法	EMIT 法		
タクロリムス	MEIA 法			〃				〃		
テオフィリン	FPIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CEDIA 法	〃，PETINIA 法	ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法，他 1	FPIA 法	〃		
トブラマイシン	〃			〃，〃		CLEIA 法				
ネチルマイシン							FPIA 法			
バルプロ酸ナトリウム	FPIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CEDIA 法	EMIT 法	CLIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	〃	EMIT 法		
バイコマイシン	〃	〃		PETINIA 法	〃		〃			
フェニトイン	〃	〃	CEDIA 法	EMIT 法，PENTINA 法	〃 ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法，他 1	〃	EMIT 法		
フェノバルビタール	〃	〃	〃	〃，〃	〃	〃	〃	〃		
プリミドン	〃		〃	EMIT 法			〃	〃		
プロカインアミド	〃						〃			
メトトレキサート	〃			EMIT 法				EMIT 法		

リドカイン	〃			EMIT 法			FPIA 法	〃		
VB_{12}		化学発光イムノアッセイ法				CLEIA 法	電気化学発光法			
葉酸		〃				〃				
ハロペリドール			CEDIA 法							
ブロムペリドール			〃							

自動分析装置専用試薬

自動分析装置専用試薬（1）

会社名 / 機種名	アズウェル		栄研化学		エイアンドティー		オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス		オリンパス		カイノス		協和メデックス		三光純薬		塩野義製薬		シスメックス	
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
日立-7050シリーズ	30	4	33	3	10	10					14	5	12		24	3			34	18
〃 -7150	〃	〃	〃	〃	〃	〃					37	11	23	1	〃	〃			〃	〃
〃 -7170	〃	〃	〃	〃	〃	〃					36	6	17	〃	〃	〃			〃	〃
〃 -7250・7350・7450	〃	〃	30	〃	〃	〃					31	1	20		〃	〃			32	11
〃 -7070・7060	〃	〃	〃	〃	〃	〃					37	11	23		〃	〃			34	18
〃 -7020	〃	〃	〃	〃	〃	〃					14	5			〃	〃			〃	〃
〃 -7600	〃	〃	〃	〃	〃	〃					36	6	23	1	〃	〃			〃	〃
〃 9000シリーズ													24							
TBA-Sシリーズ	30	4	28	2	10	10									24	3			29	11
〃 -60 R	〃	〃	〃	3	〃	〃							23	1	〃	〃			31	18
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)	〃	〃	37	〃	〃	〃					10		〃	〃	〃	〃			〃	〃
〃 -Mシリーズ	〃	〃	30	〃	〃	〃					33	1	20		〃	〃			29	11
〃 -80 FR(NEO)	〃	〃	33	〃	〃	〃					37	11	23		〃	〃			31	18
〃 -200 FR	〃	〃	〃	〃	〃	〃					〃	〃	〃		〃	〃			〃	〃
〃 -120 FR															〃	〃				
CL-7100・7000	30	4	26		10	10							12		〃	〃			31	18
〃 -7200	〃	〃	30		〃	〃					37	11	〃		〃	〃			〃	〃
〃 -7300	〃	〃	〃	3	〃	〃					〃	〃	〃		〃	〃			〃	〃
〃 -8000	〃	〃	〃	〃	〃	〃					〃	〃	〃		〃	〃			〃	〃
クリナライザーRXシリーズ	〃	〃	〃	〃	〃	〃							17		〃	〃			29	11
〃 RSシリーズ	〃	〃	〃	1	〃	〃					37	7	23	1	〃	〃			31	18
〃 HRシリーズ	〃	〃	26		〃	〃									〃	〃			29	11
〃 BMシリーズ	〃	〃	27		〃	17					36	6			〃	〃			31	18
AU-5200	〃	〃	28	3	〃	10					33	1	20		〃	〃			29	11
〃 -1000・800	〃	〃	〃	〃	〃	〃					37	11	〃	1	〃	〃			31	18
〃 -600	〃	〃	〃	〃	〃	〃					〃	〃			〃	〃			〃	〃

〃 -560・510	〃	〃	〃	〃	〃	〃							23		〃	〃			〃	〃
〃 -5400									28	9										
〃 -2700									〃	〃										
〃 -640									〃	〃										
〃 -400									〃	〃										
テクニコン-SSR			28	3									23							
〃 -CHEM 1			〃	〃									〃							
COBAS-MIRA-S	30	4	29										〃		24	3			31	18
〃 -MIRA プラス	〃	〃	〃										〃		〃	〃			〃	〃
〃 -FARA	〃	〃	27	2									〃		〃	〃			〃	〃
〃 -BIO	〃	〃	〃	〃									〃						〃	〃
バイエル-550	〃	〃	〃	〃									〃							
〃 -エキスプレスプラス	〃	〃	〃	〃									〃							
スーパー Z	〃	〃	29	3									〃		24	3			31	18
502 X					10	17														
EL-1200													19							
〃 -1060													〃							
HM-JACK														1						
DM-JACK													2	〃						
ルミワード																		特異IgE・総IgE (45項目)		
ビトロス 250							40	5												
モジュラーアナリティクス DP													11							
モジュラーアナリティクス													18							

自動分析装置専用試薬（2）

会社名 / 機種名	第一化学薬品		デンカ生研		ニットーボーメディカル		ニプロ		バイエルメディカル		三菱化学ヤトロン		ロシュ・ダイアグノスティックス		和光純薬工業					
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数				
日立-7050 シリーズ	35	7			33	25					33	15								
〃 -7150	〃	〃	24	11	〃	〃	25	1			34	16			16	12				

〃 -7170	〃	〃	15	8	〃	〃	〃	〃			31	18			26	12				
〃 -7250・7350・7450	34		23	5	32	9	〃	〃			32	11			12	2				
〃 -7070・7060	35		〃	11	〃	25	〃	〃			31	16			9	12				
〃 -7020	〃				〃	〃	〃	〃			24	12			16	1				
〃 -7600	〃				〃	P＝24 D＝9	〃	〃			35	18			27	5				
〃 9000 シリーズ	33	4																		
TBA-S シリーズ			10				25	1												
〃 -60 R	32		24	11	32	9	〃	〃			31	13								
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)	〃		〃	13	33	25	〃	〃			32.35	16.18			23	8				
〃 -M シリーズ	30		〃	5	32	9	〃	〃			34	3								
〃 -80 FR(NEO)	32		〃	11	33	25	〃	〃			31	18			16	12				
〃 -200 FR	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃	16			25	1				
CL -7100・7000					〃	〃														
〃 -7200					〃	〃	25	1			34	13								
〃 -7300					〃	〃	〃	〃			〃	〃								
〃 -8000					〃	〃	〃	〃			28	15								
クリナライザーRXシリーズ							〃	〃												
〃 RSシリーズ					32	9	〃	〃			30	10								
〃 HRシリーズ					〃	〃	〃	〃			〃	5								
〃 BMシリーズ					〃	25	〃	〃			27	6			27	5				
〃 BM-1250					33	〃	〃	〃			31	11			〃	〃				
〃 BM-1650					〃	〃	〃	〃			〃	〃			〃	〃				
〃 BM-2250					〃	〃	〃	〃			〃	〃			〃	〃				
AU -5200	27				〃	9	〃	〃							12	2				
〃 -1000・800	28				〃	25	〃	〃			27	15			16	12				
〃 -600					〃	〃	〃	〃			30	14			27	5				
〃 -560・510	28				〃	〃					31	12								
〃 -2700					32	9	25	1			30	14			27	5				
テクニコン-SSR									26	1										

〃 -CHEM 1									25											
オペラ									29	1										
COBAS-MIRA-S	29				32	9					26	11								
〃 -MIRA プラス											〃	〃	49	17						
〃 -FARA																				
〃 -INTEGRA 800													49	26						
〃 -INTEGRA 400 plus													〃	〃						
バイエル-550									22	2										
スーパーZ							25	1												
LPIA-S 500												49								
〃 -A 700												40								
MIRACLE 919							25	1												
エクスプレスプラス									22											
ケミルミADVIA ケンタウルス										103										

コントロール血清

(株)アズウェル

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
液状ネスコール-N	電解質，酵素，脂質，含窒素 他	正常	○	5mL×10	14,000	
〃 -A	〃	異常	〃	〃	〃	
セラクリア-HE II	酵素7項目	正常・異常	〃	正常域3mL×5 異常域3mL×5	26,000	
〃 -LP	脂質6項目	異常	〃	3mL×5	9,300	

(株)エイアンドティー

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
イムノティクルスオートコントロール血清(L)	免疫12項目	低値	○	1mL用×5	25,000	
〃 (H)	〃	高値	〃	〃	〃	
イムノティクルスオート梅毒コントロール	梅毒	陰性・陽性	〃	各1mL用×3	20,000	
コントロール血しょう レベル1	PT，APTT，Fib，ヘパプラスチンテスト	正常	〃	0.5mL用×10	12,000	
〃 レベル2	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 レベル3	PT，APTT，Fib	〃	〃	〃	〃	

栄研化学(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
リピッドセラームI	脂質7項目	正常	○	3mL×5	7,500	
〃 II	〃 5項目	異常	〃	〃	10,000	
TZセーラム	TTT，ZTT	〃	〃	〃	5,500	
BLセーラム	B-L	正常	〃	〃	7,500	
免疫コントロールI-A	IgG, A, M, C_3, C_4, CRP, ASO, RF	〃	〃	1mL×5	18,000	
〃 II-A	IgG，A，M，C_3，C_4	異常	〃	〃	〃	
〃 II-B	CRP，ASO，RF	〃	〃	〃	〃	
トリプルチェックレベルI	24項目	低値	〃	3mL×24	21,600	

〃　II	〃	中値	〃	〃	〃	
〃　III	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-LX, 1	LX システン16項目	低値	〃	2mL 分×5	25,000	
〃 , 2A	〃	高値	〃	〃	〃	
〃 , 2B	〃	〃	〃	〃	〃	
〃 , 3	LX システム腎機能マーカー5項目	尿用低値	〃	〃	〃	
〃 , 4	〃	〃 高値	〃	〃	〃	
QC-β_2M-L'栄研'	LX-β_2M	低値	〃	〃	10,000	
〃 -H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-BFP-L'栄研'	LX-尿 BFP	低値	〃	〃	〃	
〃 -H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-RE, Set	T3他31項目	低・中・高値	〃	2mL 分×2	19,000	
〃 , I	〃	低値	〃	2mL 分×6	〃	
〃 , II	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 , III	〃	高値	〃	〃	〃	
〃 , N	〃	正常値	〃	〃	〃	
ペプシノゲンコントロール'栄研'	ペプシノゲンI・II		〃	1mL 分×5	11,000	
H.ピロリ抗体コントロール'栄研'	ヘリコバクターピロリ抗体	陰性・陽性	〃	〃	〃	
コントロール濾紙セット'栄研'	ペプシノゲンI・II, PSA	低・中・高	〃	3濃度各1枚	〃	
〃　H.ピロリ抗体	ヘリコバクターピロリ抗体	陰性・陽性	〃	2　〃	〃	
OC-コントロール'栄研'L	糞便中ヘモグロビン	低値	〃	1mL 分×5	13,000	
〃　H	〃	高値	〃	〃	〃	
US-コントロール'栄研' Level I/II	尿定性(陰性・陽性)		〃	12mL 分×3	15,000	
〃　Level II	〃 (陽性)		〃	〃	〃	
ノムノピアリ 1	IgG, IgA, IgM, C3, C4, CRP, ASO, RF, α_1-M, β_2-M	低濃度	〃	3mL 分×2	28,500	
〃　2	SAA, FTN, IgD, IgE, Hpt, α_1-AG, α_1-AT, Tf	高濃度	〃	〃	〃	

オリンパス(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
AUコントロール	ヒト血清ベース，マルチタイプ	レベル1 レベル2	○	各5mL用×6本	9,870	
AESコントロール	たん白分画用	ノーマル アブノーマル	〃	0.5mL×5本	9,450	
AUマルチキャリブレーター				5mL×20本	35,700	
AU標準血清RF				2mL×5濃度	15,225	
〃 CRP				1mL×6本	22,050	
〃 ASO				〃	24,150	

(株)カイノス

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
Ultimate C4(4mg/dL)	ビリルビン標準値	4mg/dL	○	2mL×10	17,000	
〃 C8(8mg/dL)	〃	8mg/dL	〃	〃	〃	
〃 C20(20mg/dL)	〃	20mg/dL	〃	〃	15,000	
Ultimate-D Level 1	ビリルビンコントロール	低値	〃	3mL×10	21,000	
〃 Level 2	〃	中間値	〃	〃	〃	
〃 Level 3	〃	〃	〃	〃	〃	
〃 Level 4	〃	高値	〃	〃	25,000	
I.D.-Zone(Normal)	血清蛋白分画	正常	〃	2mL×6	29,000	
〃 (Abnormal)	〃	異常	〃	〃	〃	
尿コントロール	AMY, Ca, Cl, CRE, GLu, Pi, K, Na, TP, UN, UA, Osmolality	正常・異常	〃	10mL×6	33,000	
ケトン体コントロール I 〃 II 〃 III	} 3HB，TKB	低値 中値 高値	〃	3mL用×6 〃 〃	8,000 〃 〃	
1,5AGコントロール	1,5AG	低値・中値	〃	2mL×6	20,000	
「DIP&SPIN」沈渣コントロール	尿沈渣検査用，尿定性検査用		〃	Leve l 120mL×2 Leve 2 〃	65,000	
マルチキャリブレーター「カイノス」	CRE，UN，Glu，IP，Ca		〃	5mL×6	10,000	
ライフォチェックイムノアッセイ プラス コントロール血清1，2，3	免疫血清項目	低値・中値・高値	〃	5mL×12	40,000	
〃 〃 1	〃	低値	〃	〃	〃	

〃 〃 2	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 〃 3	〃	高値	〃	〃	〃	
酵素キャリブレーター「カイノス」	GOT, GPT, ALP, CK, LDH, r-GTP 他		〃	3mL×4	14,400	
チェックセラ「カイノス」	生化学項目	正常・異常	〃	5mL×10	12,500	
カルニチンコントロール	カルニチン（総遊離）	〃	〃	2mL×3	12,000	

協和メデックス(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
Accurun 1 マルチマーカーコントロール	anti-HIV1/2, anti-HTLV Ⅰ/Ⅱ anti-HBc, anti-HCV, anti-CMV, HBsAg		○	1mL×3 ～5mL×3	24,000 ～95,000	
Normal コントロール	感染症陰性コントロール		×	1mL×1～3.5mL×12	5,000 ～5,700	
HIV 抗原 シングルマーカーコントロール	HIV 抗原		〃	5mL×1 ～5mL×3	14,000 ～39,000	
HBs 抗原	HBs 抗原		〃	5mL×1	14,000	
HBs IgG, IgM	HBs コア IgG, IgM		〃	〃	14,000	
HBe 抗原	HBe 抗原		〃	〃	〃	
HBe 抗体	HBe 抗体		〃	〃	〃	
HAV 抗体 IgG, IgM	HAV IgG HAV IgM		〃	1mL×1～5mL×1 1mL×1～5mL×1	4,000～16,000 5,000～20,000	
HBs 抗体	HBs 抗体		○	5mL×1	14,000	
Lyme 病抗体 IgG, IgM	Lyme 病 IgG Lyme 病 IgM		×	1mL×1 〃	5,000(IgG) 9,000(IgM)	
Toxo 抗体 IgG, IgM	Toxo IgG Toxo IgM		〃	〃 〃	3,000(IgG) 7,000(IgM)	
風しん抗体 IgG, IgM	風しん IgG 〃 IgM		〃	〃 〃	〃 〃	
CMV IgG, IgM	CMV IgG CMV IgM		〃	〃 〃	3,000(IgG) 9,000(IgM)	
TP（梅毒抗体）	TP 抗体		○	2mL×1 ～2mL×3	6,000 ～16,000	
TP（RPR）	TP（RPR）		×	1mL×1	4,000	
Infectrol	HCV 抗体・HBs 抗原		○	3.5mL×1		A～E，5濃度別発売

クリニカコーポレーション／(株)ベリタス

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
Immunology Control	IgG, IgA, IgM, C3, C4, CRP, RF, ASO他15項目	3濃度	○	OEM, バルク供給	OEM, バルク供給	液状品，保存：2～8℃，36ケ月安定
Tumor Marker 〃	CA125, CA15-3, CA19-9, CEA他10項目	〃	〃	〃	〃	〃 ，24 〃
Cardiac Marker 〃	CK-MB, Myoglobin, Troponin I, Troponin T, hsCRP, Digoxin	〃	〃	〃	〃	〃 ，
hCG 〃	hCG	〃	〃	〃	〃	〃 ，36 〃
hs-CRP 〃	hs-CRP	〃	〃	〃	〃	〃 ，
Combined APO AI/APO B Controls	Apo AI, Apo B	〃	〃	〃	〃	〃 ，24 〃

三光純薬(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
EXA Liquid 3 normal	ヒト血清マルチタイプ	正常	○	3mL×25	22,500	
〃 abnormal	〃	異常	〃	〃	24,000	
〃 IM-N	免疫血清用マルチタイプ	正常	〃	2mL×4	21,000	
〃 IM-A	〃	異常	〃	〃	28,000	
〃 bilirubin-H	ビリルビン	〃	〃	3mL×4	6,500	凍結乾燥品

シスメックス(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
QAP トロール1X・2X	生化学用	正常・異常	×	5mL×5×2濃度	15,500	
UIBC トロール	UIBC	低，中，高濃度	〃	2mL 分×2×3濃度	8,000	
リクイチェック尿化学コントロール レベル1・2	尿化学検査用	正常・異常	○	10mL 分×12	22,000	
ISE トロール I・X	電解質用	正常値下限付近	×	3mL 分×5	4,500	
〃 II・X	〃	〃	〃	〃	〃	
GHb トロールIX・IIX	グリコヘモグロビン用	正常・異常	〃	0.2mL 分×8	16,000	
グリコ Hb コントロール	〃	〃	○	65mg×4×2濃度	〃	

HDLコントロール L	HDL-コレステロール用	低値	〃	3mL 分×6	13,000	
〃 M	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 H	〃	高値	〃	〃	〃	
ヴィラトロール	HBs 抗原，HCV 抗体，TP 抗体，HIV 抗体，HTLV-1 抗体	2 濃度	×	3mL 分×3×2レベル	22,500	ウイルス不活化処理済み(液状加熱処理及び S/D 処理)
ランリームコントロール A レベル I・II	AFP，CEA，フェリチン，PSA	低濃度・高濃度	○	6mL×各 1	27,000	
〃 B レベル I・II	IgE，HBsAb，HBcAb	〃	〃	〃	18,000	
〃 C レベル I・II	β_2-マイクログロブリン，インシュリン	〃	〃	〃	24,000	
〃 D レベル I・II	HBsAg	〃	〃	〃	17,000	
〃 E レベル I・II	HCV-Ab	〃	〃	〃	〃	
セロトロール・IX	免疫血清用	低濃度・高濃度(項目により差あり)	×	2mL 分×6	20,000	
〃 ・IIX	〃	〃	〃	〃	〃	
デイドサイトロールレベル1	凝固検査用	正常	○	1mL×20	16,000	
〃 レベル2	〃	中度異常	〃	〃	〃	
〃 レベル3	〃	高度異常	〃	〃	20,000	
コアグトロール IX・IIX	〃	正常・異常	×	1mL 分×5×2	9,900	

(株)常光

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
分画トロール「常光」"ノーマル"	蛋白分画用	正常	○	0.5mL×10	18,000	1本約1週間使用可能
〃 "アブノーマル"	〃	異常	〃	〃	〃	〃
イオン電極用常用標準血清 ISE-CRS	Na^+，K^+，Cl^-	高，中，低	〃	1.5mL×20	16,000	冷凍品
グリコヘモグロビン A_{1c}「二次標準」	安定化-HbA_{1c}	レベル1・2	〃			凍結乾燥品
電極チェック液	透析液測定用		〃	3mL×20	12,000	液状

住友製薬バイオメディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
アクエック-10 M S	IgG，IgA，IgM，C3，C4，CRP，RF，ASO，CEA，AFP	High・Low	○	4mL×3V×2 4mL×1V×2		液状・長期間安定

アクエック-タイプII MP H/L	CEA, AFP, FER, BMG,CA19-9, CA125, CA15-3, PSA, TSH, T_3, T_4, FT_3, FT_4	〃	〃	4mL×5V×2 4mL×1V×2		〃

第一化学薬品(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
セロノルム・ヒューマン	生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属・他	正常	○	5mL×10	18,000	Sero 社製，販売：第一化学薬品
セロノルム	電解質・酵素・脂質・他	〃	〃	〃	〃	〃
パソノルム H	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃 L	〃	〃	〃	〃	〃	〃
オートノルム	〃	正常	〃	10mL×6	16,100	〃
セロノルム・ファルマカ レベル1	薬物血中濃度	治療域	〃	5mL×10	20,000	〃
〃 レベル2	〃	中毒域	〃	〃	〃	〃
セロノルム・リピッド	血清脂質	正常	〃	3mL×12	22,000	〃
〃 ・CRP コントロール	CRP	異常	〃	1mL×6×2濃度	15,000	

ダコ・サイトメーション(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
ヒト血清タンパク／〔キャリブレーター〕	Alb, α_1-アンチキモトリプシン, α_1-アンチトリプシン他全16項目	正常	○	1mL×1 1mL×20	3,000 39,000	液状
〃／〔コントロール血清〕低濃度域	〃	項目により異る	〃	1mL×1 5mL×1	10,000 46,000	〃
〃／〔コントロール血清〕高濃度域	〃	〃	〃	5mL×1	46,000	〃
ヒト血清C反応性タンパク(CRP)／〔コントロール血清〕低濃度域	CRP		〃	1mL 5mL	9,000 36,000	標準値を160mg/L 付近に設定
〃／〔コントロール血清〕高濃度域	〃		〃	〃 〃	〃 〃	
〃／〔キャリブレーター〕	〃		〃	1mL	6,000	
α_1ミクログロブリン／〔キャリブレーター〕	α_1-Microgrobulin		〃	0.5mg×6	19,000	液状

(株)テクノメディカ

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
液状常用標準血清 ISE-CRS	Na, K, Cl	中濃度	○	1mL	22,000	
〃 ISE-CRS 三濃度	〃	高・中・低濃度	〃	1.5mL	30,000	

デンカ生研(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
液状キャリブレーター	生化学	異常	○	5mL×10	14,000	
脂質キャリブレーターD	脂質		〃	1mL×5	5,000	
脂質コントロールI	〃		〃	1mL×10	10,000	
〃 II	〃		〃	〃	15,000	
酵素キャリブレーター「生研」			〃	2mL×6	13,500	
酵素コントロール1・2「生研」			〃	2mL×3×2濃度	〃	
イムノキューセラI-(L)	免疫血清	低値	〃	3mL×5	30,000	
〃 -(H)	〃	高値	〃	〃	〃	
イムノキューセラII-(L)	〃	低値	〃	〃	〃	
〃 -(H)	〃	高値	〃	〃	〃	
生研リキッドノーマルIプラス	生化学	正常	〃	1mL×60	20,000	
〃 V 〃	〃	〃	〃	5mL×20	30,000	
生研リキッドアブノーマルIプラス	〃	異常	〃	1mL×60	20,000	
〃 V 〃	〃	〃	〃	5mL×20	30,000	
生研リキッドイムノロジーコントロール レベルI	免疫血清	低値	〃	2mL×5	計 80,000	
〃 レベルII	〃	高値	〃	〃		

東ソー(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
東ソーマルチコントロール	EIA用多項目コントロール	レベル1, 2, 3		各5mL×3本×3種		
HbA_{1c}キャリブレータ(JDS)	安定型 HbA_{1c}	レベル1, 2	○	各4mL用×5本×2種	35,000	日本糖尿病学会 HbA_{1c}標準化準拠
HbA_{1c}コントロール HSi	〃	〃	〃	各0.5mL用×4本×2種	17,000	

日水製薬(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
L-コンセーラ I EX	30項目	低値	○	5mL×40本	27,000	
〃 II EX	〃	高値	〃	〃	48,000	
L-スイトロール I	34項目	低値	〃	3mL×40本	28,000	
〃 II	〃	高値	〃	〃	48,000	
〃 II EX	〃	脂質高値	〃	〃	52,800	
L-トライロール	27項目	I・II・III	〃	3濃度各3mL×2本	16,000	
液状イムノコンセーラ I	CRP, RF, ASO, IgG, IgA, IgM, C3, C4	低値	〃	4mL×3本	45,600	
〃 II	〃	高値	〃	〃	50,400	

ニットーボーメディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノクエスト L-I	IgG, A, M, C3, C4, CRP, Tf, Hp, α_1-AG, α_1-AT, PerAlb		○	2mL×6	15,600	液状コントロール
〃 L-II	〃		〃	〃	18,000	〃
〃 RF-I	リウマチ因子		〃	2mL×4	8,000	凍結乾燥品
〃 RF-II	〃		〃	〃	12,000	〃
〃 ASO-I	抗ストレプトリジンO		〃	〃	8,000	〃
〃 ASO-II	〃		〃	〃	12,000	〃
〃 ARC-I	CRP, RF, ASO		〃	〃	11,000	〃

〃　ARC-II	〃		〃	〃	15,000	〃

日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
ライフォチェック(凍結乾燥)/リクイチェック(液状) イムノアッセイプラスコントロール血清1,2,3	薬物・ホルモン・腫瘍マーカーなど86項目以上	低・中・高	○	(5mL×4)×3レベル	40,000	
〃 生化学コントロール血清1,2	生化学項目60項目以上	低・高	〃	各5mL×12	各30,000	表示値なし生化学コントロール血清1,2,3 5mL×25(各レベル別包装)
〃 〃	〃　40項目以上	〃	×	各10mL×25	各28,000	(各レベル別包装)
〃 腫瘍マーカーコントロール血清1,2	CEA，AFP，CA125，CA19-9等 重要な腫瘍マーカー	〃	○	(2mL×3)×2レベル	35,000	
リクイチェック 脂質コントロール血清1,2	HDLコレステロール，コレステロール トリグリセライド，リン脂質	〃	〃	各3mL×6	各11,000	(各レベル別包装)
〃 新生児検査用コントロール血清1,2	直接・間接・総ビリルビン，カリウム， マンガン，マグネシウム等	〃	〃	各4mL×6	各25,000	〃
〃 CK/LDアイソザイムコントロール血清1,2	CK・LD・タンパク分画，CK・LDH・ ビリルビン(総)，CK-MB	〃	〃	各1mL×6	〃	〃
〃 循環器疾患マーカーコントロール血清1,2,3	CK-MB，LD1，トロポニンI，トロポ ニンT，ミオグロビン，総CK	低・中・高	〃	(3mL×2)×3レベル	30,000	
ライフォチェック 定量用尿コントロール1,2	生化学，特殊物質，内分泌 毒物など60項目	正常・異常	〃	各10mL×12	各21,000	(各レベル別包装)
リクイチェック 尿検査用コントロール1,2	タンパク，グルコース，ビリルビン沈渣等	低・高	陽性・陰性	(12mL×5)×2レベル	15,000	尿試験紙・沈渣
〃 尿化学コントロール1,2	化学分析器を利用する一般的尿検査用	〃	○	10mL×12	各22,000	(各レベル別包装)
ライフォチェック 妊娠検査用コントロール血清1,2,3	hcG，ホルモン，AFP，フェリチン等 ジキトキシン	低・中・高	〃	(5mL×4)×3レベル	55,000	
〃 貧血症コントロール血清	トランスフェリン，フェリチン，ビタミンB_{12}， プレアルブミン，フリーT_4，葉酸，TSH		〃	3mL×6	15,000	低値異常範囲に調製
〃 高血圧症マーカーコントロール1,2,3	ACTH,アルドラーゼ,コルチゾール,レニン	低・中・高	〃	(2mL×2)×3レベル	48,000	
リクイチェック イムノロジーコントロール血清1,2,3	アルブミン,ASO,CRP,IgA,IgM,RF など免疫検査一般	〃	〃	各1mL×6	各15,000	(各レベル別包装)
〃 リウマチ因子コントロール血清1,2,3	リウマチ因子	正常・やや高値・ 高値	〃	各2mL×6	各30,000	〃
〃 髄液コントロール1,2	アルブミン,クロール,グルコース,IgA, IgG,IgM,乳酸,ナトリウム等		〃	各3mL×6	各16,000	〃 ヒト脳脊髄液
ライフォチェック 全血コントロール1,2,3	シクロスポリン,鉛,葉酸（赤血球中）	低・中・高	〃	各2mL×6	各15,000	(各レベル別包装)
〃 ドラッグフリー血清	薬物濃度検出レベル以下			10mL×12	48,000	検体稀釈用
〃 トキシコロジーネガティブ尿コントロール	毒物・薬物濃度検出レベル以下			〃	28,000	〃
〃 ヘモグロビンA_2コントロール1,2	ヘモグロビンA_2，F，S		○	(1mL×2)×2レベル	80,000	異常ヘモグロビン
〃 糖尿病検査コントロール1,2	ヘモグロビンA_1，A_{1c}，F 総糖化ヘモグロビン	左常・異常	〃	(0.5mL×3)×2レベル	35,000	
リクイチェック 血液学16項目用コントロール1,2,3	WBC，RBC，HCV，MCH，ヘマトク リットなど16項目	低・中・高	〃			
〃 血液学コントロールA，Aプラス，C，Cプラス	白血球5分画(機種別) さらに網赤血球含有	〃	〃			

ライフォチェック 重金属測定用尿コントロール1,2	重金属，有機溶媒代謝物	低・高	〃	各25mL×10	各35,000	(各レベル別包装)
〃 内分泌コントロール血清1，2	エピネフリン，ノルエピネフリン，ドーパミン	〃	〃	(10mL×6)×2レベル	60,000	
リクイチェック エタノール/アンモニアコントロール1,2	エタノール，アンモニア	低・中・高	〃	各3mL×6	各15,000	〃
ライフォチェック 凝固コントロール1,2,3	PT,APTT,フィブリノーゲン(レベル1)	〃	〃	1mL×12	〃	〃
〃 血液ガスコントロール1,2,3	pCO_2，pH，pO_2	〃	〃	各1.7mL×30	〃	〃
血液ガスプラスEコントロール1,2,3	カリウム，ナトリウム，カルシウムイオン，pCO_2，pH，pO_2等	〃	〃	〃	各18,000	過酸化レベル-血液ガスプラスEコントロール4 ¥22,000(各レベル別包装)
〃 (グルコースレベル付)	グルコース，カリウム，ナトリウム，カルシウムイオン，pCO_2，pH，pO_2等	〃	〃	〃	各30,000	(各レベル別包装)
血液ガスプラスCo-OXIMETER1,2,3	ヘモグロビン，メトヘモグロビン，カルボシキヘモグロビン，デオキシヘモグロビン等	〃	〃	〃	各20,000	〃
精度管理用プログラム UNITY-PC						外部・内部精度管理用プログラム
〃 UNITY-POST						〃
ライフォチェックイムノアッセイ TMJ コントロール血清	イムノアッセイプラスコントロールにCA19-9，CA-125，CA15-3，シフラ，β_2ミクログロブリンを添加したもの	低・高	○	(3mL×3)×2レベル	39,000	
ライフォチェック 神経芽細胞腫検査用尿コントロール1,2	VMA,HVA,VLA,5-HIAA，クレアチニン	〃	〃	(10mL×5)2レベル	40,000	
ライフォチェックヘモグロビン $A1_c$リニアリティセット	ヘモグロビン$A1_c$測定の直線性の確認用	4濃度	〃	0.5mL×4レベル	25,000	
リクイチェック血清揮発性成分測定用コントロール1，2	アセトン，エチレングリコールなどの揮発成分測定用	低・高	〃	5mL×6	35,000	
ライフォチェク骨代謝マーカー尿コントロール1，2	骨形成・代謝の尿中マーカーの測定用	〃	〃	(2mL×3)×2レベル	80,000	
リクイチェック赤血球沈降速度測定用コントロール1，2	血沈測定用	正常・異常	〃			
〃 網赤血球コントロール1・2・3	網赤血球のカウント用	低・中・高	〃			
〃 ホモシスティンコントロール1，2	ホモシスティン測定用	低・高	〃	(1mL×3)×2レベル	30,000	
TDM EQAS(12 ANALYTES)	外部精度管理プログラム付き TDM コントロール	12種類	×	5mL×12	135,000	2週間サイクル
〃 (25 ANALYTES)	〃 〃	〃	〃	〃	210,000	〃
IMMUNOASSAY EQAS 1	〃 イムノアッセイコントロール	〃	〃	〃	136,000	〃
〃 2	〃	〃	〃	〃	155,000	〃
〃 3	〃	〃	〃	1mL×12	131,000	〃
〃 4	〃	〃	〃	〃	121,000	〃
CHEM EQAS(17 ANALYTES)	〃 生化学コントロール	〃	〃	5mL×12	137,000	〃
〃 (35 ANALYTES)	〃	〃	〃	〃	165,000	〃
リクイチェック自己免疫疾患測定用コントロール	ANA(Homogeneous, Speckled, Centromere, Nucleolar, EIA Screen), ENA EIA Screen, Anti-RNP, Anti-Sm, SSA, Anti-SSB, Anti-Jo-1, Anti-Scl-70, Anti-ds-DNA			0.5mL×2 〃 3 〃 4	近日発売	
リクイチェック ToRCH プラスコントロール	トキソプラズマ,風疹,サイトメガロウイルス,ヘルペス,ピロリ,水痘,EB,トリポネ,マバリーダム抗体など	陰性・弱陽性 陽性	○	3mL×3	30,000～ 50,000	レベル別売

日本ビオメリュー(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
ベリハイリファレンス	血液凝固検査用標準血漿	正常	○	1.0mL×10	13,000	WHO標準血漿に基づく表示値設定
MDA用 ベリハイリファレンス	〃	〃	〃	1.2mL×20	41,600	(MDA-専用試薬)
ベリハイ1	血液凝固検査用コントロール血漿	〃	×	1.0mL×10	10,000	
MDA用 ベリハイ1	〃	〃	〃	1.2mL×20	32,600	(MDA-専用試薬)
ベリハイ2	〃	異常	〃	1.0mL×10	10,000	
MDA用 ベリハイ2	〃	〃	〃	1.2mL×20	32,000	(MDA-専用試薬)
ベリハイ3	〃	〃	〃	1.0mL×10	10,000	
MDA用 ベリハイ3	〃	〃	〃	1.2mL×20	32,000	(MDA-専用試薬)
MDA用 ベリカルセット	血液凝固検査用較正標準血漿	3レベル	○	1.2mL×9	21,600	(〃)
ブラッドG. A. S. コントロール	血液ガス，電解質測定コントール物質	〃	〃	30アンプル	23,000	
〃 コントロールレベルⅣ	〃	高酸素加	〃	10アンプル	12,000	

バイエル メディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
TEST point リガンドコントロール	ホルモン，腫瘍マーカー，薬物など24項目	2濃度	○	5mL×2	29,000	
〃 ケミストリーコントロール1	生化学，電解質37項目	正常	〃	10mL×12	25,100	
〃 ケミストリーコントロール2	〃	異常	〃	〃	〃	
リガンドプラスコントロール	ホルモンなど24項目	3濃度	〃	5mL×15	50,000	
腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカ7項目	2濃度	〃	2mL×6	〃	

ベックマン・コールター(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
トライアド レベル1	生化学一般	正常域(低レベル)	×	20mL×10		−15〜20℃保存．液状で凍結しません．安定で経済的です．プラボトル入り．
〃 2	〃	〃 (高レベル)	〃	〃		〃

〃　3	〃	異常域(高レベル)	〃	〃		〃
IDゾーン ノーマル	蛋白電気泳動用	正常パターン	○	2mL×6		〃
〃　アブノーマル	〃	A/G比異常パターン	〃	〃		〃
アルチメイト-D レベル1	総/直ビリルビン測定用	低濃度域	〃	3mL×10		−15〜20℃で保存．液状で凍結しません．安定で経済的です．アンプル入り．
〃　2	〃	中　〃	〃	〃		〃
〃　3	〃	高　〃	〃	〃		〃
〃　4	〃	異常高　〃	〃	〃		〃
アルチメイトビリルビン キャリブレータ C20	総ビリルビン測定用キャリブレータ	20mg/dL前後の総ビリルビンレベル	〃	2mL×10		-15~20℃で保存．液状で凍結しません．安定で経済的です．アンプル入り．NISTスタンダードで検定済み．
ビジル Protein コントロール レベル1	血漿蛋白	低濃度域	〃	5mL×4		−15〜20℃で保存．液状で凍結しません．安定で経済的です．プラボトル入り．
〃　2	〃	中　〃	〃	〃		〃
〃　3	〃	高　〃	〃	〃		〃
ビジル Serology レベル1	CRP，ASO，RF 測定用	低　〃	〃	5mL×3		〃
〃　2	〃	中　〃	〃	〃		〃
〃　3	〃	高　〃	〃	〃		〃
ビジル TDM コントロール レベル1	ジゴキシン，てんかん薬など測定用	低　〃	〃	3mL×3		〃
〃　2	〃	中　〃	〃	〃		〃
〃　3	〃	高　〃	〃	〃		〃
ビジル脂質コントロール レベル1	コレステロール，トリグリセライド，HDL-C，リポ蛋白	低　〃	〃	4mL×4		−15〜−20℃で凍結保存．2〜8℃で60日間安定．
〃　2		正常〃	〃	〃		〃
〃　3		中　〃	〃	〃		〃
〃　4		高　〃	〃	〃		〃

(株)三菱化学ヤトロン

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
イアトロセーラ CC-I	酵素，脂質，電解質，CRP，他	低濃度	○	5mL用×10	15,000	
〃　CC-II	〃	高濃度	〃	〃	〃	
〃　IM-I	免疫・血清	正常	〃	2mL用×4	18,400	
〃　IM-II	〃	異常	〃	〃	〃	

〃　TH レベル I	凝固・線溶マーカー	正常	〃	0.5mL 用×6	12,000	
〃　TH レベル II	〃	異常	〃	〃	〃	
CON6	ホルモン，他	低・中・高濃度	〃	6mL×2×3 濃度	20,000	米国・DPC 社製

ロシュ・ダイアグノスティックス(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
HbA_{1c}コントロール N「ロシュ」0.5mL 用	HbA_{1c}	正常	○	0.5mL 用×4		
〃　「ロシュ」	〃	異常	〃	〃		

和光純薬工業(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
液状コントロール血清 I ワコー	生化学	正常	○	5mL×10		
〃　II ワコー	〃	異常	〃	〃		
コントロール血清 I ワコー/B	〃	正常	〃	5mL 用×10		
〃　II ワコー/B	〃	異常	〃	〃		
LYPHOCHEK-IA プラス	ホルモン・腫瘍マーカー	3 濃度	〃	5mL×12		
LYPHOCHEK 腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカー	2 濃度	〃	2mL×6		
免疫コントロール I ワコー	血漿蛋白	正常	〃	2mL×4		
〃　II ワコー	〃	異常	〃	〃		
ドライヘマト 血液凝固コントロール血漿　レベル1	PT，APTT，Fib，TB，HPT	正常	〃	0.5mL 用×10		
〃　レベル2	〃	中等度異常	〃	〃		
〃　レベル3	〃	高等度異常	〃	〃		
LYPHOCHEK 定量用尿コントロールノーマル(1)	尿	正常	〃	10mL 用×12		
〃　〃　アブノーマル(2)	〃	異常	〃	〃		

展示会社・主要製品紹介

アークレイ株式会社

〒601-8045 京都市南区東九条西明田町57

設立年月日：	昭和38年9月26日
資本金：	7億9,300万円
代表者名：	土井 茂
従業員数：	204名 ＊グループ企業全体713名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.arkray.co.jp
工場所在地：	〒520-3306：滋賀県甲賀郡甲南町柑子梅田1480㈱アークレイファクトリー
	TEL：0748-86-6833 FAX：0748-86-6898
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	アークレイマーケティング株式会社
	TEL：075—672—6386 FAX：075—671—8289

〔展示主要商品〕

全自動尿分析装置／オーションマックス™ AX-4280

特長：尿定性9項目＋比重＋色調・濁度から異常発色までの多彩な判定機能を搭載。試験紙取り出しからサンプリング・測定までを自動化しました。

〔取扱い商品〕

○尿化学検査システム

・オーションマスター™	UM-3410	・オーションマックス™	AX-4280
・オーションジェット™	AJ-4270	・オーションミニ™	AM-4290

○糖尿病検査システム

・アダムスマスター™	DM-3310	・アダムス™A_{1c}	HA-8160
・グルコースオートアンドスタット™	GA-1151	・アダムス™グルコース	GA-1170

○簡易検査システム

・スポットケム™EZ	SP-4430	・スポットケム™EL	SE-1520
・スポットケム™IM	SI－3510	・スポットケム™バイダス	SV-5010
・スポットケム™CL	SB-1420	・ポケットケム™BA	PA-4130
・スポットケム™SG	SG-1220	・スポットケム™CL	SB-1430

○浸透圧検査システム

・オズモスタット™	OM-6040	・オズモステーション™	OM-6050

アイエスケー株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島4—9—12

設立年月日：	昭和37年7月5日
資本金：	2,000万円
代表者名：	中島 洋一
従業員数：	25名
E—mail：	yes@isk-tokyo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.isk-tokyo.co.jp
工場所在地：	〒120-0003：足立区東和3—5—4
	TEL：03—3620—1003
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：03—3812—0191 FAX：03—3812—9284

〔展示主要商品〕

全血血小板凝集能測定装置／WBA Neo

特長：●血球成分存在のまま，in vivoにより近い条件下で測定できます。●全血0.8mLを使用し4濃度の凝集惹起物質で測定したデータから閾値を算出してグレードで測定します。

〔取扱い商品〕

・看護用品
・介護用品
・集団検診用品
・臨床検査用品

Instrumentation Laboratory アイ・エル・ジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町２－２－15 浜松町ゼネラルビル

設立年月日：	平成14年７月22日
資本金：	4,000万円
代表者名：	田中 清一
従業員数：	
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　クリティカルケアー
	TEL：03－3437－6350　　FAX：03－3437－6352

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEM プレミア3000

特長：電極及び流体系に触れる事なく３週間にたった１度カートリッジを交換するだけの完全なメンテナンスフリーを実現。血液ガスからラクテートまで，臨床検査の幅広いニーズにお応えします。

〔取扱い商品〕

- GEMOPL　CO－オキシメーター
- チケットプリンター
- 精度管理溶液
- 測定用カートリッジ
- 測定用カートリッジ（iQM）

アイテック阪神株式会社

〒553-0001 大阪市福島区海老江１－１－31

設立年月日：	昭和62年７月１日
資本金：	２億円
代表者名：	河原 伸吉
従業員数：	447名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http//www.itec.hanshin.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療営業部
	TEL：東京：03－5677－1490／大阪：06－6456－5223 FAX：東京：03－3615－5066／大阪：06－6456－5252

〔展示主要商品〕

総合臨床検査自動化システム／MELAS-i

特長：MELAS-i は，あらゆる業務にスムーズに対応するクライアント／サーバ型総合臨床検査システムです。

〔取扱い商品〕

■総合臨床検査自動化システム「MELAS-i」
- ルーチン（生化学，血清，血液，尿一般）系システム
- 細菌検査サブシステム
- 輸血検査サブシステム
- 生理検査サブシステム

■病理診断支援システム「Path Mate」

■検査結果参照 Web サーバシステム

■健康管理システム「TOHMAS-i」
- 総合健診システム
- フォローアップシステム

株式会社アイディエス

〒862-0938 熊本市長嶺東８―14―30

設立年月日	1987年11月
資本金	5,000万円
代表者名	伊藤 照明
従業員数	226名
E―mail	ids@idsma.com
URL(ホームページ)	http://www.idsma.com
工場所在地	〒862-0938：熊本市長嶺東８―14―30
	TEL：096―380―4225
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　営業部
	TEL：096―380―4225　　FAX：096―389―2077

〔展示主要商品〕

小型検体前処理装置／IDS-3000

特長：大型システムの機能を凝縮。省スペースに検体搬入，血餅検出，栓抜き，子検体供給，分注，仕分け搬出機能を標準装備。弊社搬送システムユニットとの接続や，検体自走車との接続も可能です。

〔取扱い商品〕

●検体前処理搬送システム　IDS-880　IDS-780シリーズ
・個々の機能がユニット化された，フレキシブルな１本搬送システム。
●小型検体前処理装置　IDS-2000シリーズ
・従来の大型システム機能を凝縮した，省スペース前処理装置。
●検体前処理小型システム
・限られたスペースで，検査業務を自動化する前処理システム。
●分注チップ整列装置　AT-4000シリーズ
・検査業務の前工程である，ディスポチップ準備を自動化する装置。
●サンプルチューブ整列装置　ATF-3000シリーズ
・検査業務の前工程である，サンプルチューブ準備を自動化する装置。
●採血管ナンバリング装置　SNS シリーズ
・検体受付業務を自動化する装置。
●検体自走車　・搬送ラインの問題点である動線妨害を解決した，人の動線を確保できる搬送装置。

アジア器材株式会社

〒194-0022 町田市森野２―27―12

設立年月日	
資本金	1,000万円
代表者名	代表取締役　岩佐 和彦
従業員数	50名
E―mail	info@ajiakizai.co.jp.　パスワード ajik-10
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒229-1124：相模原市田名49
	TEL：042―762―2703
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　本社営業部
	TEL：042―723―4670　　FAX：042―728―0163

〔展示主要商品〕

試験管／オートチューブ丸底／スピッツ

特長：オートチューブ丸底及びスピッツは，自動化学会推奨サイズの試験管（13φ75mm）で，バーコードを貼りやすい設計になっております。また，少量検体にも対応可能なスピッツ・タイプもございます。

〔取扱い商品〕

○サンプルカップ類　各種
○試験管類　各種
○スポイト類　各種
○喀タン処理器　各種
○検査コップ　各種
○マイクロピペット及び自動分注機用チップ　各種
○オートクレーブ滅菌処理用バッグ
○病理用カセット（バリ取り作業が要らない）
○キャップレス試験管立
○キャップレス・サンプルカップ立

もっと素晴しい健康を
AZWELL

株式会社アズウェル

〒540-8575 大阪市中央区石町２－２－９

設立年月日	昭和14年12月24日
資本金	84億7,000万円
代表者名	横井　太
従業員数	3,898名
E－mail	info@azwell.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.azwell.co.jp/
工場所在地	〒709-4321：岡山県勝田郡勝央町太平台18
	TEL：0868－38－5341
研究所所在地	〒567-0806：茨木市庄２－24－３
	TEL：0726－22－4941　FAX：0726－24－5302
商品問合せ先	担当部門　：　診断薬営業推進部
	TEL：06－6941－0308　FAX：06－6941－4861

〔展示主要商品〕

咽頭粘膜上皮細胞中アデノウイルス抗原検出試薬　チェック Ad

〔取扱い商品〕

○体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）
　○生化学検査用
　　脂質，酵素，電解質，含窒素検査用各種製品
　○免疫血清検査用
　○免疫学的便潜血用
　○ POCT 試薬：感染症関連製品，尿中 HCG，破水診断キット
　○血液検査用：血色素検査用製品
○精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤，その他製品
○臨床検査機械・器具器材
　○パーソナルラボ，アッセイメイト，ヘモテクト
　○フィンピペットシステム
　○アズウェルディスポ製品

アボット ジャパン株式会社

〒106-8535 東京都港区六本木１－９－９

設立年月日	昭和58年９月１日（創業 昭和37年２月15日）
資本金	22億6,700万円
代表者名	ジェラルド・リマ
従業員数	2,100名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.abbott.co.jp
工場所在地	〒270-2214：松戸市松飛台278
	TEL：047－385－2211
研究所所在地	〒270-2231：松戸市稔台344
	TEL：047－362－2177
商品問合せ先	担当部門　：　カストマーサポートセンター
	TEL：0120－031441　FAX：

〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置／
ARCHITECT アナライザー *i*2000SR（生化学分析装置との連結タイプ）

特長：CLIA 法（ケミフレックス）を採用した最新の分析装置。
１時間当たり200テストの処理能力，最大25項目のランダムアクセスなど多くの特徴を有しています。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査
「AxSYM　アナライザー」「ARCHITECT　アナライザー *i*2000」「ARCHITECT アナライザー *i*2000SR」「IMx アナライザー」「TDx アナライザー」「TDx FLx アナライザー」

■全自動総合血液学分析装置セルダインシリーズ
(1)セルダイン4000　(2)セルダイン3700　(3)セルダイン3200
(4)セルダイン1700　(5)セルダイン SMS　(6)セルダイン1800

■簡易測定シリーズ
メディセンス　エキストラ（血糖自己測定器），イージーセンス（血糖自己測定器），ソフタック（血糖自己測定器）

■遺伝子検査用試薬（研究用試薬）
ViroSeg™HIV ジェノタイピング試薬，HLA SBT タイピング試薬

ALOKAアロカ株式会社

〒181-8622 三鷹市牟礼6—22—1

設立年月日：	1950年1月20日
資本金：	64億6,500万円（2003年3月31日現在）
代表者名：	取締役社長　吉川 義博
従業員数：	1,076名（2003年3月現在）
E—mail：	cle-sle2@am.aloka.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.aloka.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医用分析システム営業部
	TEL：0422—45—5502　　FAX：0422—45—7751
：	担当部門　：　バイオサイエンス部
	TEL：0422—45—5132　　FAX：0422—45—7751

〔展示主要商品〕

検体前処理システム／免疫反応測定装置／バイオ関連装置

特長：検体受付時の煩雑な分注処理を自動で行う，バーコード対応の検体前処理システムを中心に展示します。これらのシステムは大規模〜中小規模の検査施設の検査室向けに，自動分析装置などと組み合わせて自由に構築できる検体前処理システムで，検体処理工程の大幅な効率化に役立ちます。

更に，近年ますます研究が盛んになっているバイオテクノロジー分野関連で，新しい各種遺伝子解析・前処理装置を展示します。

〔取扱い商品〕

医用電子装置，医用分析装置，汎用分析装置

MBL株式会社医学生物学研究所

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3—5—10 住友商事丸の内ビル5F

設立年月日：	昭和44年8月23日
資本金：	22億2,860万円
代表者名：	西田 克彦
従業員数：	190名
E—mail：	info@mbl.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.mbl.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒396-0002：伊那市大字手良沢岡字大原1063—103
	TEL：0265—76—1777
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部
	TEL：052—971—2083　　FAX：052—950—1073

〔展示主要商品〕

自己免疫疾患検査試薬

特長：自己免疫疾患検査試薬（全般），慢性関節リウマチ検査試薬（抗CCP抗体），腫瘍マーカー測定試薬（NMP22），全自動ELISA測定装置（phDシステム）。

〔取扱い商品〕

機器

- 細胞診　Prepstain Slide Processor, PrepMate
- スライドフロスト印刷機　CFM-30
- 全自動ELISA測定装置　phDシステム

臨床検査試薬

- IF法　ANA，抗DNA，抗セントロメア，AMA/ASMA，ANCA
- ELISA法　ANA，抗ds/ssDNA，抗ENA，抗セントロメア，抗ミトコンドリアM2，抗カルジオリピン，RF，ヘリコバクター・ピロリ，抗LKM-1，MMP-3，ANCA，抗Dsg，クラミジアトラコマチス抗体，クラミジアニューモニエ抗体，抗サイログロブリン，抗甲状腺ペルオキシターゼ
- 免疫比濁法試薬「TAC-2，TAC-3，TAC-4，TAC-Lテスト」各種血漿蛋白の測定に対応
- 病理染色　病理抗体，フローサイトメトリー用など各種

A&T 株式会社 エイアンドティー

〒220-0005 横浜市西区南幸２―20―５　東伸24ビル

設立年月日	1978年５月25日
資本金	５億7,761万円
代表者名	松崎 駿二
従業員数	312名
E―mail	
URL(ホームページ)	http://www.aandt.co.jp/
工場所在地	〒023-1101：江刺市岩谷堂字松長根63―２
	TEL：0197―35―0005
研究所所在地	〒252-0816：藤沢市遠藤2023―１
	TEL：0466―86―8660
商品問合せ先	担当部門　：　営業ユニット
	TEL：045―317―1253　　FAX：045―317―1280

〔展示主要商品〕

検体検査自動化システム／CLINILOG
臨床検査情報システム／ CLINILAN

〔取扱い商品〕

検体検査自動化システム	：CLINILOG
総合臨床検査情報システム	：CLINILAN Series
臨床検査情報ブラウザ	：CLINIWeb
検査室管理支援システム	：CLINILAN LM
個別検体データ検証システム	：CLINIEEL Server
自動分析装置	：
電解質分析装置	：EA06T/R，EA07
グルコース分析装置	：GA03T/R，GA04，GA05
酵素免疫測定装置	：MI01
血液凝固分析装置	：CG02
血球計数装置	：PENTRA シリーズ
液状安定化試薬	：ラボサーチシリーズ，オラッセイ21シリーズ，イムノティクルスオートシリーズ
血液凝固分析装置専用試薬	：ドライヘマト

※小型機器・試薬販売とカスタマサポートは㈱アットウィルが行います。

栄研化学株式会社

〒113-8408 東京都文京区本郷１―33―８

設立年月日	昭和14年２月20日
資本金	68億9,773万円
代表者名	黒住 忠夫
従業員数	668名
E―mail	webmaster@eiken.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.eiken.co.jp
工場所在地	〒329-0114：栃木県下都賀郡野木町大字野木143
	TEL：0280―56―1221
研究所所在地	〒329-0114：栃木県下都賀郡野木町大字野木143
	TEL：0280―56―1221　　FAX：0280-56-0443
商品問合せ先	担当部門　：　営業管理部
	TEL：03―3634―2311　　FAX：03―3634―2256

〔展示主要商品〕

便潜血全自動免疫化学分析装置／OC センサー neo

特長：OC センサーシリーズの新たな世紀にスタートする次世代の neo 誕生。①サンプルカップ一体型専用採便容器とノズル分注の組み合せにより，フルオートの高精度測定を実現②ディスクトップで250検体／h，多くの施設で使用可能な余裕の高速処理能力

全自動尿分析装置／US-3100R

特長：高性能のまま小型化。US シリーズのノウハウを結集した，カラー CCD センサ画像解析システム。①ノズルタイプで１時間あたり250検体の高速処理 ②外来，入院や健診，ドックなどの検体を分けずに測定可能 ③ウロペーパー（専用試験紙）の豊富なバリエーションの中から選択

尿自動分析装置／US-1000

近日発売

大塚製薬株式会社

〒101-8535 東京都千代田区神田司町２－９

設立年月日	1964年８月10日
資本金	67億9,100万円
代表者名	樋口 達夫
従業員数	5,169名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.otsuka.co.jp/
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　くすり相談室
	TEL：03－3292－0021　　FAX：

〔展示主要商品〕

赤外分光分析装置／UBiT-IR300，
UBiT-IR 専用オートサンプラー／UBiT-AS10

特長：簡便な操作性，迅速な測定，優れたコストパフォーマンスを求めて開発された呼気中$^{13}CO_2$分析装置です。コンパクトな設計により，ベットサイドにも設置可能です。

〔取扱い商品〕

H. Pylori 感染診断試薬

①「ウリネリザ H.ピロリ抗体」
随時尿を検体として，*H. Pylori* 感染のスクリーニングが可能，血清分離や検体希釈の手間を必要とせず，検査の簡便化を実現（ELISA 法）

②「ラピラン H.ピロリ抗体」
わずかな尿を迅速に診断，20分以内で判定（イムノクロマト法）

③「ヘリコチェック」
短時間に胃生検組織中のウレアーゼ活性の有無を判定（ウレアーゼ法）

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社

a Johnson & Johnson company

〒101-0065 東京都千代田区西神田３－５－２

設立年月日	1981年３月
資本金	10億円
代表者名	寺岡 国一
従業員数	200名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.ocd.co.jp
工場所在地	
研究所所在地	
商品問合せ先	担当部門：テクニカルサービスセンター TEL：0120－03－0702

〔展示主要商品〕

ビトロス5.1FS，ビトロス250，ビトロス EC／ECiQ，HCV 抗原検査，オートビュー，BTD5，カセットディスペンサー CDmini

〔取扱い商品〕

・全自動臨床化学分析装置：ビトロス950，ビトロス250／多層フィルム式ドライケミストリー機器。ビトロス5,1FS／多層フィルム式ドライケミストリー測定に加え，完全ウォーターレスで液状試薬分析が可能になったハイブリッド型機器。生化学や薬物血中濃度測定，血漿蛋白，HbA_{1c}等が測定可能。微量な検体量で信頼性のあるデータが得られ，リアルタイム診療を支える診察前検査や迅速／緊急検査に最適。

全自動化学発光免疫測定装置：ビトロス EC／EciQ ／化学発光の全自動測定機器で，癌，感染症，甲状腺疾患，婦人疾患等の検査で使用。試薬の冷蔵機能や自動在庫管理機能が付いた，検査室のあらゆる省力化を可能。

感染症検査関連製品／各種フォーマットによるＣ型肝炎ウイルスの抗体，抗原の検出をはじめ，Ｂ型肝炎，大腸菌Ｏ157など感染症の診断，治療モニタリングが可能。

全自動輸血検査システム：オートビュー／日本語ソフトによる簡単操作を実現した信頼の WalkAway 全自動システム。輸血検査に関わる幅広い項目を測定でき，高度な標準化，効率化，安全性の向上を実現。

株式会社オービーシステム

〒559-0031 大阪市住之江区南港東８－２－19

設立年月日	1972年８月25日
資本金	7,475万円
代表者名	山田　孝
従業員数	381名
E－mail	CLiP@obs.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.obs.co.jp
工場所在地	〒　：
	TEL：
研究所所在地	〒　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　第三事業部　医療情報システム本部医療情報システム部
	TEL：06－6612－8878　FAX：06－6612－8854

〔展示主要商品〕

臨床検査システム　臨床検査システム CLiP

特長：豊富なユーザーカスタマイズ機能
進化し続けるシステム
操作性を追求

〔取扱い商品〕

臨床検査システム	CLiP
健診システム	CLiP-MEX
Wed 結果参照システム	CLiP-Web
病理システム	CLiP-PTH
細菌システム	CLiP-BCT
画像ファイリングシステム	CLiP-AiA
生理システム	CLiP-PRS

Ecologically Clean
ORGANO

オルガノ株式会社

〒136-8631 東京都江東区新砂１－２－８

設立年月日	昭和21年５月１日
資本金	82億2,549万円
代表者名	取締役社長　傳田　正彦
従業員数	730名
E－mail	kiki-1@organo.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.organo.co.jp/kiki/
工場所在地	〒300-2646：つくば市緑ヶ原２－３
	TEL：0298－47－8381
研究所所在地	〒335-0015：戸田市川岸１－４－９
	TEL：048－446－1881　FAX：
商品問合せ先	担当部門　：　機器事業部
	TEL：03－5635－5191　FAX：03－3699－7220

〔展示主要商品〕

キャビネットタイプ純水製造装置／ピュアライト PRO-0100

特長：RO（逆浸透膜）と純水器で構成された高品質純水製造装置です。送水ポンプや運転信号ケーブルなどのオプションを備えており，家電感覚で扱える手軽な純水製造装置です。

〔取扱い商品〕

ラボラトリ用超純水製造装置「ピューリック MX II」キャビネットタイプ純水製造装置「ピュアライト」「ミニクリア」カートリッジ純水器「Gシリーズ」RO 装置「オスモクリア」自動再生純水製造装置「メガサーク」「MBA シリーズ」「ストラタ G」自動再生軟水装置「SAT シリーズ」「SAA シリーズ」ホモジナイザー「ストマッカー」ATP 測定器「OR-100」ハンディタイプ電気伝導率計「スイケンサ」カップ式自販機用浄水器「オルガノフィルター」ミクロフィルター「ミクロポア」

その他　ろ過装置　大型超純水製造装置　排水処理装置
水処理薬品　イオン交換樹脂　など

OLYMPUS オリンパス株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿２－３－１　新宿モノリス

設立年月日：	1919年（大正８年）10月12日
資本金：	408億3,300万円（2004年３月末日現在）
代表者名：	代表取締役社長　菊川　剛
従業員数：	6,259名（2004年３月末日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.olympus.co.jp
工場所在地：	〒411-0943　：　静岡県駿東郡長泉町下土狩128 三島オリンパス㈱
	TEL：0559－73－1311
研究所所在地：	〒192-8512：　八王子市久保山町２－３
	TEL：0426－91－7111
商品問合せ先：	担当部門　：　オリンパス㈱ ダイアグノスティックシステムズ国内営業部
	TEL：03－3340－2237　　FAX：03－6901－4916

〔展示主要商品〕

自動分析装置／AU2700

特長：処理能力と使いやすさ。生化学自動分析装置に求められる２つの条件をオールインワンの発想でクリアし，大量検体の高精度分析と高いコストパフォーマンスを両立しました。

〔取扱い商品〕

自動分析装置：AU5400，AU2700，AU640，AU400
自動分析機用試薬：AU リエージェント
自動電気泳動装置：AES320，AES630
自動化学発光酵素免疫分析装置：SphereLight180
自動輸血検査装置：PK7300
輸血検査用システム：ID-Gelstation，ID-Micro Typing System
臨床検査システム：OLCOS700
OLCOS 輸血システム
在庫管理サポート
患者照合システム：Nursing Pass

K 株式会社カイノス

〒113-0033 東京都文京区本郷２－38－18

設立年月日：	昭和50年５月１日
資本金：	８億3,141万円
代表者名：	中村 利通
従業員数：	150名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. kainos. co. jp
工場所在地：	〒309-1635：笠間市稲田字弥六内３－５ 笠間西工業団地
	TEL：0296－74－4811　　FAX：0296-74-4871
研究所所在地：	〒414-0055：伊東市岡字旭1274－７
	TEL：0557－36－9155　　FAX：0557－36－9157
商品問合せ先：	担当部門　：　学術部
	TEL：03－3816－4480　　FAX：03－3816－6544

〔展示主要商品〕

輸血検査用全自動装置 Immucor Gamma　GALILEO

特長：ランダムアクセス，連続アッセイ，高い処理能力

〔取扱い商品〕

１．生化学的検査試薬／アクアオートシリーズ，各種自動分析装置用カイノスオートシリーズ，1,5AG 測定試薬他
２．EIA 試薬／クオルタスシリーズ　ELISA 試薬／PLATE-IIカイノス
３．免疫血清検査試薬／マストイムノシステムズ（アレルゲン特異 IgE 測定試薬），ヒタザイムクラミジア Ab（クラミジアトラコマチス IgA，IgG 測定試薬）ヒタザイムクラミジアニューモニエ（ニューモニエ IgA，IgG IgM 測定試薬）セラテスタム梅毒，CRP，ASO，RF，FDP，P-FDP，D ダイマー
４．輸血検査試薬／ガリレオ用試薬（ABoRh，抗体スクリーニング，抗体同定他）血液型判定用抗体及び血清（ABO，Rh，その他）クームス血清，メディウム(PeG，他)，赤血球試薬，キャプチャーR
５．輸血管理システム
６．遺伝子検査／NASBA 増幅試薬，コスモアイ（電動泳動），ニュークリセンス MINIMAG，EasyQ，DNA チップ，RNA チップ，ULTRASPEC RNA（RNA 抽出液）
７．機器／QUARTUS Immunocube（EIA），MAGO Plus（ELISA）

協和メデックス株式会社

KYOWA

〒104-6004 東京都中央区晴海1—8—10

設立年月日	昭和56年4月1日
資本金	4億5,000万円
代表者名	所　洋
従業員数	300名
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www.kyowamx.co.jp
工場所在地	〒411-0932：静岡県駿東郡長泉町南一色600—1
	TEL：055—988—6000　FAX：
研究所所在地	〒411-0932：静岡県駿東郡長泉町南一色600—1
	TEL：055—988—6018　FAX：
商品問合せ先	担当部門　：　営業部
	TEL：03—6219—7600　FAX：03—6219—7614

〔展示主要商品〕

全自動マイクロプレートEIA分析装置／AP-96（便中H. Pylori抗原，他）

特長：多機能をコンパクトに凝縮，プレートEIA検査が身近になって新登場。96以下の少数検体にも柔軟に対応・省スペース，コンパクト設計。大型全自動機並みの多機能を搭載。EIA検査の様々なニーズに対応します。12試薬の設置ができ，最大3項目の同時測定が可能。便中H・pylori抗原が新規に保険収載されEIAプレート法で測定可能となりました。

〔取扱い商品〕

・液状タイプ生化学検査試薬
　＊脂質（デタミナーL TC，L TG，L HDL，L LDL，他）
　＊各種含窒素，各無機物質，各酵素試薬
・糖尿病関連（HbA1c，GA，1.5AG，Glu）
・モジュラーアナリティクス対応試薬　・9000シリーズのCollabonext試薬　・ADVIAcentaur試薬（各種ホルモン，各種腫瘍マーカー，アレルギー，血中薬物濃度）　・日臨技データ共有化管理試料Infectrol　・各種自動分析装置（DM-JACK Upgrade，DM-JACKII，アレグロライト，HM-JACKplus，AP-96c，AP960）　・自動組織細胞染織装置（OptiMax Plus，i6000）

極東製薬工業株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3—1—1

設立年月日	昭和27年7月12日
資本金	7億8,300万円
代表者名	菊地　博
従業員数	235名
E—mail	info@kyokutoseiyaku.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.kyokutoseiyaku.co.jp
工場所在地	〒318-0004：高萩市大字上手綱字朝山3333—26
	TEL：0293—23—0911
研究所所在地	〒　：同上
	TEL：0293—23—0909　FAX：0293—23—7324
商品問合せ先	担当部門　：　技術サービス室
	TEL：03—3270—1641　FAX：03—3270—1585

〔展示主要商品〕

自動分析用風疹ウイルス抗体測定試薬／ランピアラテックスRUBELLA

特長：抗風疹ウイルス抗体を汎用自動装置で測定できます。

HI法との相関が良好で，連続数値が得られるため客観性が高く，精度管理上も便利です。

また，WHOの国際標準に基づく国際単位を採用していますので，NCCLSの基準値を参照するなど国際比較も可能です。

〔取扱い商品〕

1．生化学検査用試薬／ランピアシリーズ，ピアンコーレシリーズ，その他
2．免疫血清検査用試薬／ランピアシリーズ，メディエースシリーズ，その他
3．微生物学的検査用試薬各種
4．真空採血管／インセパックシリーズ

KUBOTA 久保田商事株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷３―29―９

設立年月日：	昭和37年３月12日
資本金：	5,000万円
代表者名：	久保田 史彦
従業員数：	
E―mail：	sales@kubotacorp.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kubotacorp.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03―3815―1331　　FAX：03―3814―2574

〔展示主要商品〕

多本架遠心機／モデル5930

特長：各種チューブがバイオハザード対策用のシールドカバー内で使えます。バイオハザード対策用 HEPA フィルタ付き［クラスⅠ］の安全キャビネットがセットできます。（オプション）

〔取扱い商品〕

KUBOTA ブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売と，ガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販売しています。遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナップで，ますます多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

取り扱い商品は，下記のとおりです。

高速冷却遠心機，大容量冷却遠心機，ハイキャパシティ遠心機，ユニバーサル冷却遠心機，テーブルトップ遠心機，パーソナル冷却遠心機，卓上小型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心機，免疫血液学用遠心機，超音波発生装置，ガラス器具用全自動洗浄機各種，その他の理化学機器

CLINIQA™ CLINIQA Corporation

1432 South Mission Road Fallbrook, CA92028

設立年月日：	1974年
資本金：	
代表者名：	Granger Haugh
従業員数：	
E―mail：	jlanuza@cliniqa.com
URL(ホームページ)：	www.cliniqa.com
工場所在地：	774North Twin Oaks Valley Road, Suite C San Marcos, CA92069
	TEL：760―744―1900　　FAX：760―941―9593
研究所所在地：	同上
	同上
商品問合せ先：	担当部門　：　Global Sales Director Controls
	TEL：800―728―5205　　FAX：760―728―2902
	日本代理店　：　㈱ベリタス営業販売部／技術営業部
	TEL：03―3593―3211　　FAX：03―3593―3216

〔展示主要商品〕

液状コントロール／キャリブレータ／Tumor Marker Control／Cardiac Marker Control

特長：１．２～８℃保存で24ケ月安定な液状品
２．マルチコントロール

〔取扱い商品〕

１．Immunology Control
　　測定項目：23項目，３濃度
２．Tumor Marker Control
　　測定項目：14項目，３濃度
３．Cardiac Marker Control
　　測定項目：６項目，３濃度
４．hCG Control
　　測定項目：hCG，３濃度
５．hs-CRP Control
　　測定項目：hs-CRP，３濃度
６．Combined Apo AI/Apo B Controls
　　測定項目：Apo AI/Apo B，３濃度

Kowa 興和株式會社

〒460-8625 名古屋市中区錦３－６－29

設立年月日	昭和14年11月
資本金	38億4,000万円
代表者名	三輪 芳弘
従業員数	2,100名
E－mail	
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒431-2103：浜松市新都田１－３－１
	TEL：053－428－5711　FAX：053－428－5719
研究所所在地	〒305-0856：つくば市観音台１－25－５
	TEL：0298－36－4611　FAX：0298－36－4609
商品問合せ先	担当部門　：　医用機器営業部営業第三課
	TEL：03－3279－7514　FAX：03－3279－7541

〔展示主要商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置／PA-20

特長：1．高感度測定で濁度法の約100倍の測定が可能。
2．活性化血小板の自然凝集の測定が可能。
3．粒度分布凝集塊の大きさと数が測定できる。
小凝集，中凝集，大凝集塊形成過程が客観的にわかります。
4．従来の濁度方式も同時測定。

〔取扱い商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置　PA-200
高感度混入白血球計数装置　LD-2000 system
８チャンネル多機能血小板凝集自動測定装置
細胞マイクロレオロジー測定装置　MCFAN

株式会社コスモテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町１－３－９

設立年月日	昭和62年12月10日
資本金	1,000万円
代表者名	前田 義雄
従業員数	13名
E－mail	info@cosmo-t.com
URL(ホームページ)	http://www.cosmo-t.com/
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　営業部
	TEL：03－5687－5787　FAX：03－5687－5980

〔展示主要商品〕

Single Station 107 1ch 自動分注装置

特長：検査・研究に伴う煩雑な分注・攪拌作業の効率化をはかるチップ自動交換方式の1ch 自動分注装置です。ワークエリア内であれば，様々な容器が搭載（使用）が可能です。分注ヘッドを0.1～30μL と５～300μL の２種類に分けた事により，微量・大容量でそれぞれ高精度分注を実現しました。MALDI TOF-MS 前処理スポッター・細胞アレイ・PCR 前処理などにもご使用になれます。液面センサー使用により，常に一定の位置からのサンプリングが可能です。

〔取扱い商品〕

■1536/384/96ウェル同時分注・希釈自動化装置――― H T Station 500II
■1536/384/96ウェル同時自動分注装置――― H T Station 1200
■チップ自動交換方式1536/384/96ウェル同時自動分注装置――― H T Station 500
■1536/384/96ウェル対応ピペッティング方式分注･希釈･攪拌装置－BISTEQUE 205
■ピペッティング方式分注・希釈・攪拌装置――― BISTEQUE 203II
■1536/384ウェル連続分注装置――― H T Station 102
■質量分析前処理装置――― Single Station 107
■384/96ウェル対応プレートウォッシャー――― CELTEQUE 802

小林記録紙株式会社

〒448-8656 刈谷市小垣江町北高根115

設立年月日	昭和21年4月1日
資本金	4億5,000万円
代表者名	小林 祥浩
従業員数	1,600名
E-mail	iryou@kobayashikk.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.kobayashikk.co.jp/iryo/IRYO_MAIN.htm
工場所在地	〒448-8656：刈谷市小垣江町北高根115
	TEL：0566—26—5310
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　医療事業部
	TEL：052—222—3121　　FAX：052—222—7135

〔展示主要商品〕

採血業務支援システム／i・pres gear

特長：省スペース，低コストをコンセプトに開発しました採血管準備装置です。新開発のメカニズムを採用することにより，小さく低コストでありながらオートラベラーに必要な機能を十分に兼ね備えています。

〔取扱い商品〕

1．システム開発
- 臨床検査システム　SIMS
- 検査報告照会システム　TRAS
- バーコードラベル発行システム
- 出張健診支援システム　T-MES
- EAN128バーコード発行システム

2．臨床検査自動化システム対応各種装置
- 検体ラベルプリンター　KPシリーズ，ipシリーズ
- 検体ラベル自動貼り付け装置　VLシリーズ
- 採血業務支援システム　i・pres

3．医療用コンピュータ用紙，OMR／OCR用紙，検体ラベル各種，各種カード，医療用記録紙

三光純薬株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1—10—6

設立年月日	1954年5月26日
資本金	52億6,248万円
代表者名	代表取締役社長 神保 正男
従業員数	172名
E-mail	webmaster@sanko-junyaku.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.sanko-junyaku.co.jp/
工場所在地	〒300-1155：茨城県稲敷郡阿見町吉原3862—12
	TEL：0298—89—2241
研究所所在地	〒300-1155：茨城県稲敷郡阿見町吉原3862—12
	TEL：0298—89—2241　　FAX：0298—89—2104
商品問合せ先	担当部門　：　営業企画部
	TEL：03—3863—3271　　FAX：03—3864—5644

〔展示主要商品〕

電気化学発光免疫測定装置／ピコルミII

特長：電気化学発光を原理として用いた，免疫自動測定装置

〈取扱い商品〉

〈試薬〉ルミパルスPIVKA-IIエーザイ，ピコルミPIVKA-II，エイテストPIVKA-II，ピコルミKL-6，エイテストKL-6，ピコルミCA・RF，エイテストCA・RF，クリニサーチCA・RF，エイテストIgGRF，バイオクリット-HBs，バイオクリット-抗HBs，トロンボテストオーレン，ヘパプラスチンテスト，サンテスト液状シリーズ，アルブシュア，ネオエスト，チェックラインヘモ，EXAリキッドコントロール，ラナTPオート，セパジーンシリーズ，正常ヒト細胞シリーズ，FBS，エスクロンシリーズ，ディフコ培地

〈機器・器具〉ピコルミII，ピコルミ8220，SGRシリーズ，フォトBHメーターVI型

シオノギ製薬

〒541-0045 大阪市中央区道修町３－１－８

設立年月日：	大正８年６月５日
資本金：	212億7,974万円
代表者名：	代表取締役社長　塩野 元三
従業員数：	5,589名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒566-0022：摂津市三島２－５－１
	TEL：06—6381—7343
研究所所在地：	〒553-0002：大阪市福島区鷺洲５－12－４
	TEL：06—6458—5861
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬部
	TEL：06—6381—7343　FAX：06—6381—4281

〔展示主要商品〕

全自動アレルギー検査装置／ルミワードイムノアッセイシステム

特長：化学発光免疫測定法を用いた全自動ランダムアクセスの特異IgE・総IgE同時測定検査装置。25μL以下の少ない検体量で約１時間で測定。特異IgEの検出感度は0.06IU/mLと高感度・高精度の結果が得られる。

株式会社システムバイオティックス

〒230-0046 横浜市鶴見区小野町75－１　リーディングベンチャープラザ５Ｆ

設立年月日：	平13年９月21日
資本金：	1,000万円
代表者名：	桐栄 純一
従業員数：	５名
E－mail：	info@systembiotics.com
URL(ホームページ)：	http://www.systembiotics.com
工場所在地：	〒228-0821：相模原市相模台６－25－１－103
	TEL：042—745—7351　FAX：042—745—7329
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：　FAX：

〔展示主要商品〕

12連自動分注装置／PlatePrep 400

特長：12連の分注装置で，マイクロプレートばかりでなくマイクロチューブ，スライドグラスへの分注も可能です。ヘッドはチップに合わせて変更可能で特注にも応じます・専用ソフトで各種キットに柔軟に対応します。

ラベル，ラベルソフト／SampleLabel

特長：市販のインクジェットプリンターで必要な文字を必要な色でプリントできる簡易ラベリングソフトです。ラベルの種類も豊富でいろいろな容器への自由なラベリングが可能です。特注にも応じます。

〔取扱い商品〕

自動コロニーピックアップ装置	TipPick300
自動タンパク質精製装置	ProteomePrep700
DNA精製装置	DNAPlatePrep600
プレート用シール	HTSheet
バーコード用ラベル	BarCodeLabel

Sysmex シスメックス株式会社

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1

設立年月日：	昭和43年2月20日
資本金：	55億921万円
代表者名：	代表取締役社長　家次　恒
従業員数：	1,582名（2003年5月31日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sysmex.co.jp
工場所在地：	〒675-0011　：加古川市野口町北野314－2　〒675-1322 小野市匠台17
	TEL：0794－24－1171(加古川工場)　TEL 0794-62-7001(小野工場)
研究所所在地：	〒651-2271：神戸市西区高塚台4－4－4
	TEL：078－991－1911　FAX：078－991－1917
商品問合せ先：	担当部門　：　営業推進本部
	TEL：078－265－0513　FAX：078－265－0529

〔展示主要商品〕

総合血液学検査システム／HSトランスポーテーションシステム

特長：血球計数，白血球分類，網赤血球・有核赤血球測定，塗抹標本の作製染色をオーダーに従って連続で自動処理できる総合的な血液検査システムであり，血液検査の効率化に有用である。

〔取扱い商品〕

総合血液学検査システム
多項目自動血球分析装置
自動網赤血球測定装置
多項目自動血球計数装置・自動血球計数装置
全自動尿中有形成分分析装置・便潜血分析装置
全自動血液凝固測定装置・血液凝固・線溶関連試薬
免疫凝集測定装置・酵素免疫測定装置・免疫試薬
臨床検査情報システム
血液検査用データ処理装置
血液細胞画像ファイリングシステム
血液ガス分析装置・電解質分析装置
輸血検査関連試薬・血清学関連試薬・生化学関連試薬

株式会社 常光

〒113-0033 東京都文京区本郷3－19－4

設立年月日：	昭和23年12月9日
資本金：	1億5,000万円
代表者名：	服部 健彦
従業員数：	320名
E－mail：	mail@jokoh.com
URL(ホームページ)：	http://www.jokoh.com
工場所在地：	〒439-0037：静岡県小笠郡菊川町西方154
	TEL：0537—36—1577
研究所所在地：	〒213-8588：川崎市高津区宇奈良731－1
	TEL：044—811—9211　FAX：044－811－9209
商品問合せ先：	担当部門　：　営業サービス本部
	TEL：03—3815—1717　FAX：03—3815—1759

〔展示主要商品〕

透析液／血液測定用電解質分析装置　EX－D　新登場

特長：新開発の透析液用校正液と高性能電極により，これまで難しかった調製済透析液やA液，B液の測定がきちっと出来るようになりました。校正は2週間に1回でOK。これまでより，ランニングコストが安くなりました。20検体連続測定可能なオートサンプラーを内蔵しています。また，採血管よりの直接測定もOK。

〔取扱い商品〕

＊全自動電気泳動装置：検体自動分注システム CTE-9000，CTE-780
＊全自動アイソザイム，蛋白分画測定装置：ALC-760
＊デンシトメータ：CCD画像処理方式 Pix-10
＊血液ガス分析装置：JBA-アルファ，JBA-200，携帯型アーマ2000
＊電解質分析装置：Na，K，Cl　EX-2000，EX-Z
＊透析液分析装置：EX-D
＊自動血沈計：モニター12，モニター20，モニター40，モニター100(レート変法)
＊全自動グリコヘモグロビン $A1_c$ 分析装置：HS-12
＊リポ蛋白分画精密測定試薬キット：リポフォー
＊アルフォス分画精密測定試薬キット：アルフォー
＊アルツハイマー診断システム：ディメンション

SINNOWA MEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

QILIN INDUSTRIAL PARK, EASTERN SUBURB, NANJING, CHINA

設立年月日：	1999年
資本金：	
代表者名：	CHENG SHULI
従業員数：	
E—mail：	imd@sinnowa.com/zhong@sinnowa.com
URL(ホームページ)：	http://www.sinnowa.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	ZHONG XIAOMING
	TEL：+86—25—84127928　FAX：+86—25—84127199

〔展示主要商品〕

Chemistry Analyser
Coagulometer
Microplate Reader, Washer

PHARMACIA Diagnostics スウェーデンダイアグノスティックス株式会社

〒163-1431 東京都新宿区西新宿3-20-2　東京オペラシティービル31F

設立年月日：	2004年3月10日
資本金：	4億3,000万円
代表者名：	木村　誠一
従業員数：	90名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.diagnostics.com
工場所在地：	〒315-0003：石岡市谷向町16—6
	TEL：0299—27—8051
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：同上
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬事業部
	TEL：03—5365—8338　　FAX：03—5365—8336

〔展示主要商品〕

UniCAP　System

特長：ユニキャップ250は，アレルゲンの架設から結果報告まですべて自動化された全自動アレルギー検査装置です。全自動ランダムアクセスにより5時間で約200テスト，7時間で約320テストの処理が可能です。

〔取扱い商品〕

■ UniCAP System
機器：ユニキャップ100，ユニキャップ250
測定項目：アレルギー検査

住友製薬バイオメディカル株式会社

〒541-0044 大阪市中央区伏見町２－１－１

設立年月日	平成13年４月１日
資本金	４億8,000万円
代表者名	代表取締役社長　太田　喜世士
従業員数	70名
E－mail	info@ssbm.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.ssbm.co.jp
工場所在地	〒669-1339：三田市テクノパーク９－１
	TEL：0795―68―3539
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　営業推進部学術企画グループ
	TEL：06―6229―5645/03―5159―2550 FAX：06―6228―6070/03―5159―2947

〔展示予定商品〕

ラピッドビューインフルエンザA/B，クイックビューDipstick Strep A（予定）アクエッカー10，アクエック-タイプII

〔取扱い商品〕

骨吸収マーカー　オステオリンクス「DPD」
骨形成マーカー　オステオリンクス「BAP」
コントロール血清　アクエック-10，アクエック-タイプII
イムノクロマト法によるA型及びB型インフルエンザウイルス抗原検出用試薬　ラピッドビュー　インフルエンザA/B
イムノクロマト法によるA群レンサ球菌抗原検出用試薬
クイックビューDipstick Strep A
副甲状腺ホルモン測定試薬　Whole PTH「住友」
Intact PTH IRMA〔S〕

積水化学工業株式会社

〒105-8450 東京都港区虎ノ門2-3-17（虎ノ門2丁目タワー）

設立年月日	1947年３月
資本金	1,000億円
代表者名	大久保　尚武
従業員数	2,858名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.sekisui.co.jp
工場所在地	〒746-0006：周南市開成町4560
	TEL：
研究所所在地	〒618-0021：大阪府三島郡百山２－１
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　メディカル事業部
	TEL：03―5521―0615　　FAX：03―5521―0617

〔展示主要商品〕

診断薬（メディエースTPLA, RPR），滅菌処理済み真空採血管（インセパックII）

特長：滅菌処理済み真空採血管インセパックII（SQ）は凝固時間が約５分と早く，検査終了までの時間を大幅に短縮できます。メディエースTPLA，RPRは再現性，特異性に優れ汎用自動分析装置に対応可能です。

〔取扱い商品〕

試薬用ラテックス
梅毒診断用試薬（メディエースTPLA，RPR）
滅菌済み真空採血管（インセパックII）
血液分離用スピッツ（セパラピッドチューブ，ヘパラピッドチューブ）
検査器材（血沈管，検鏡プレート，採尿管，シャーレ）
小型自動滅菌器（メディクレーブ）

株式会社セントラル科学貿易

〒111-0052 東京都台東区柳橋1－8－1

設立年月日：	昭和42年6月20日
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役　下田 孝一郎
従業員数：	
E－mail：	tokyo@cscjp.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.cscjp.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—5820—1509　　FAX：03—5820—1515

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

○全自動電解質分析装置　PVA-EX II
○ APEC　グルコースアナライザー
○ダイヤグルカ　グルコースアナライザー
○マルチドロップ384/S60スタッカー
○ M384アトラスウォッシャー/タイタンスタッカー
○高精度分析装置　Digiflex TP（アベルケンダル用）
○空中浮遊菌採取装置　RCS エアーサンプラー
○小型ヘマトクリット用遠心機　HemataSTAT II
○高速遠心機　STAT-60
○プレートリーダー，ウォッシャー
○細胞破砕システム　ポリトロン，ブランソン
○微量送液ポンプシステム
○ランセット
○ディスポ製品（ストックウェル，コパン社）

第一化学薬品株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋3－3－15

設立年月日：	昭和22年7月10日
資本金：	12億7,525万円
代表者名：	蘆田　伸一郎
従業員数：	647名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.kensa-daiichi.jp/kensa/
工場所在地：	〒301-0852：竜ヶ崎市向陽台3－3－1
	TEL：0297—62—7551
研究所所在地：	〒301-0852：竜ヶ崎市向陽台3－3－1
	TEL：0297—62—7551
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部　学術担当
	TEL：03—3272—0681　　FAX：03—3281—0510

〔展示主要商品〕

日立9000シリーズ関連測定試薬／クオリジェント，
糖尿病関連試薬／ルシカ GA-L

〔取扱い商品〕

○脂質関連試薬：コレステスト N　HDL，LDL，CHO，アポ A-I，A-II，B，C-II，C-III，E，Lp(a)，LCAT　他
○生化自動分析用試薬：ピュアオート S，(TG，GLU，AMY，CRP，CHO，CRE)，ナノピア CRP
○凝固線溶測定項目：(測定装置) コアグレックス800
(試薬) ナノピア P-FDP　ナノピア D ダイマー
テストチーム S　AT III，APL，PLG，プロテイン C　他
○ TDM 関連試薬：セディア，ディーアールアイ
(テオフィリン，ジゴキシン，フェニトイン，ハロペリドール／ブロムペリドール
フェノバルビタール，カルバマゼピン，バルプロ酸)
○感染症関連試薬：ピロリセットドライ，ラピッドテスタローアデノ
○消化器関連試薬：パナッセイIV・C，アクアオートカイノス TBA 試薬
○糖尿病関連試薬：ルシカ GA-L
○リウマチ関連試薬：パナクリア MMP-3「プレート」

株式会社第一器業

〒114-0024 東京都北区西ヶ原3—25—1

設立年月日	昭和47年6月17日
資本金	3,800万円
代表者名	片桐 裕司
従業員数	18名
E—mail	dai-1@bd5.so-net.ne.jp
URL(ホームページ)	http://www.dai-1.co.jp/
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒300-3261：つくば市花畑1—15—19
	TEL：029—864—4311　　FAX：029—877—1262
商品問合せ先	担当部門　：　本社／北区西ヶ原3—25—1
	TEL：03—3918—5496　　FAX：03—3917—6062

〔展示主要商品〕

「CRYSTAL 1」／病理細胞診業務支援システム「ChronoStarPAL」

特長：①消えないバーコード印字の上に確立された一貫システム
（検体取違いミス防止に大きな威力を発揮します。）
②バーコード印字サービスによる大幅な経費削減効果が得られます。
③多大な予算を必要とせず，すぐにバーコード管理に切換が可能です。

〔取扱い商品〕

・「CRYSTAL 1」バーコード・レーザープリンティングサービスシステム
レーザービームによりインクを吹きとばすという発想によりスライドガラスに消えないバーコードが従来からの問題点をすべて解消しました。様々な溶剤並びに染色液にも使用可能です。連続的に連番バーコードや日付などをプリントするシステムです。
尚，受託サービスも行っております。
・「ChronoStarPAL」
病理細胞診業務支援システム

DAISEN SANGYO 大扇産業株式会社

〒534-0021 大阪市都島区都島本通1—15—17

設立年月日	1963年
資本金	8,000万円
代表者名	代表取締役　合田 昭男
従業員数	24名
E—mail	daisentk@dc.mbn.or.jp
URL(ホームページ)	http://www.daisen-sangyo.co.jp.
工場所在地	〒930-0401：富山県中新川郡上市町広野新269
	TEL：0764—73—0336
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　メディカル事業部
	TEL：03—3985—3466　　FAX：03—3985—3477

〔展示主要商品〕

自動開栓装置／ARD シリーズ

特長：ゴム栓タイプ真空採血管のゴム栓を自動で開栓します。開栓時の血清等の飛散や検体間のコンタミを防止します。

〔取扱い商品〕

〈検体前処理システム〉
○自動分注装置（LTA-III）
○自動開栓装置（APN シリーズ）　フィルム栓用（卓上型含む）
（ARD シリーズ）　ゴム栓用・プラスチック栓（ヘモガード）用（卓上型を含む）
○自動検体シーラー（ATS100）
○検体自動仕分装置（HANDSOME／ハンサム）
〈成形品〉
○分注用ロングチューブ
○シーラー用テープ
○ピペッティングチップ（200μ，1000μ，3500μ）
○検査用各種チューブ

DakoCytomation ダコ・サイトメーション株式会社

〒600-8493 京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル

設立年月日	1987年9月16日
資本金	8,000万円
代表者名	代表取締役社長 小畑 勝利
従業員数	57名（2004年5月現在）
E－mail	cs-dakoj@mail.dako.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.dakocytomation.jp/
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒600-8493：京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル
	TEL：075—211—3655　　FAX：075—211—1755
商品問合せ先	担当部門　：　特販部
	TEL：03—5802—2680　　FAX：03—5802—2581

〔展示主要商品〕

免疫組織染色用自動染色装置，各種ポリクローナル／モノクローナル抗体，OEM・バルク用免疫学診断用及び研究用試薬

〔取扱い商品〕

- 免疫組織化学染色用機器
- 免疫組織化学染色用試薬（EPOS，ENVISION システム，LSAB 法，CSA 法等関連試薬）
- OEM 及びバルク抗体　●フローサイトメトリー関連試薬
- 遺伝子関連試薬（PNA プローブ，CSA-ISH 法，アポトーシス関連，サザンブロッティング法）
- ELISA 用キット，コントロール血清及びキャリブレーター類
- 比濁法及びネフェロメトリー関連試薬及び特異抗体
- 各種自動分析機用の免疫関連試薬
- グレーバー・ウィリアムス法，免疫沈降法，ロケット電気泳動法及び免疫固定法等関連試薬及び特異抗体

T.CHATANI & CO.,LTD. 茶谷産業株式会社

〒541-0052 大阪市中央区安土町1－8－15 野村不動産大阪ビル

設立年月日	1919年
資本金	1億円
代表者名	茶谷康弘
従業員数	400名
E－mail	bio-tky@chatani.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.bio.chatani.com
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　東京営業所　バイオメディカル事業部
	TEL：03—3478—6121　　FAX：03—3478—5323

〔展示主要商品〕

携帯型簡易血液化学分析器／Piccolo（ピッコロ）

特長：6.9kg の軽量コンパクトタイプで僅0.1mL の全血で15分以内最大15項目測定可能である。同製品の測定精度は現在一般的になされているクリニカルラボラトリーと同程度で迅速な測定が特徴。

〔取扱い商品〕

QRS 社ポータブル心電図測定器（医師用）
QRS 社ポータブル呼吸機能測定器

デイド ベーリング株式会社　DADE BEHRING

〒104-0033 東京都中央区新川1－3－17 新川三幸ビル

設立年月日：	平成6年9月22日（合併は平成10年4月1日）
資本金：	47億5,800万円
代表者名：	代表取締役社長　坂野 弘太郎
従業員数：	約280名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様支援センター
	TEL：0120－543－455　　FAX：0120－506－155

〔展示主要商品〕

デイドベーリング株式会社は，生化学，免疫化学，血中薬物，細菌，感染症と各分野で高い評価をいただいており，広い分野をカバーする総合サービスを目指します。

〔取扱い商品〕

全自動細菌検査システム：マイクロスキャン WalkAway 96 SI
マイクロスキャン WalkAway 40 SI
マイクロスキャン autoSCAN-4
全自動免疫化学分析システム：BN プロスペック
ベーリング ネフェロメータII
臨床化学自動分析システム：ディメンション Rx_L Max
ディメンション Xpand
自動免疫蛍光測定システム：ストラタス CS
全自動 ELISA 分析システム：ベーリング ELISA プロセッサーIII
自動化学発光酵素免疫分析装置：スフィアライト180

TECAN. テカン ジャパン株式会社

〒183-0023 府中市宮町1－40

設立年月日：	1992年4月21日
資本金：	5,000万円
代表者名：	スコット　イートン
従業員数：	30名
E－mail：	infojapan@tecan.com
URL(ホームページ)：	http://www.tecan.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：東京本社 042-334-8855 大阪オフィス 06-6305-8511 FAX：東京本社 042-334-0401 大阪オフィス 06-6305-3167

〔展示主要商品〕

自動分注装置　Freedom EVO

本分注装置は，テカンが長年培ってきた技術を集大成したシリーズです。今まで，用途に応じて分散していたオプションを1本化する事に成功しました。これにより，様々なニーズに応えるようにカスタマイズする事が可能になりました。単純な分注機としてでは無く，システムとして，検体の連続希釈分注等複合的な動作に対応でき，そのジョブ内容に応じて，ワークテーブルを選択する事が可能です（100／150／200の3タイプ）。また，常に進化できる素質も持っています。これにより，ジョブ内容が変化してもそれに柔軟に対応する事が可能です。

機能と装備：

- チップタイプ：洗浄式，ディスポ式（液面検知可能）
- チップチャンネル：4または8
- アーム：分注用（標準／ロング）／プレート搬送用／試験管搬送用／組合せ可
- 分注範囲：0.5μLから5,000μL（シリンジサイズに依存）

TMC 株式会社テクノメディカ

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5－5－1

設立年月日	昭和62年9月8日
資本金	4億5,100万円
代表者名	實吉 繁幸
従業員数	135名
E－mail	info@TechnoMedica.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.TechnoMedica.co.jp
工場所在地	〒　： TEL：
研究所所在地	〒224-0041：横浜市都筑区仲町台5－4－9 TEL：045—948—5901
商品問合せ先	担当部門　： TEL：045—948—1961　FAX：045—948—1962

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC・ROBO-787

特長：採血情報に基づき自動的に採血管を選択してラベルを印刷，貼りつけして1患者ごとにトレイに準備できます。高速処理能力，豊富なオプションがあり，シェアは80%あります。

〔取扱い商品〕

オールインワン型採血管準備システム；BC・ROBO-787
自動採血管準備装置；BC・ROBO-686
小型採血管準備システム；BC・ROBO-mini40
採血台搬送整理番号表示システム　自動検体仕分け装置；SS・ROBO-800
ハルンカップラベラ；HARN-570 自動尿分取装置；UA・ROBO-600A/B
一般検査前処理システム；UA・LABELER-1　PIS 患者認識システム
全自動 pH／血液ガス分析装置；GASTAT-600，GASTAT-601，GASTAT-602i，GASTAT-603ie
電解質分析装置；STAX-2
ポータブルハンディ型血液分析器；GASTAT-mini
自動血沈測定装置；ESR-quick 15　赤血球沈降速度測定機 ESR-6000BP

生研 デンカ生研株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3－4－2　秀和第一茅場町ビル

設立年月日	昭和25年2月11日
資本金	10億円
代表者名	代表取締役社長 石井 正司
従業員数	357名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.denka-seiken.co.jp
工場所在地	〒959-1836：五泉市南本町1－2－2 TEL：0250—43—4111
研究所所在地	〒　： TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　学術営業推進部 TEL：03—3669—9091　FAX：03—3664—1005

〔展示主要商品〕

FER-ラテックスX 2「生研」CN

特長：1．低濃度から高濃度までの広範囲での測定が可能です。
2．高感度化によって少ない検体量での測定が可能です。
3．血液凝固促進剤を用いた採血管の影響を回避しました。

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」
TP，ALB，CRE-S，UA-S，GLU-S，TG(S)，T-CHO(S)，HDL-EX，PL-S，Mg-S，IP-S，GOT-JS，GPT-JS，LD-JS，ALP-JS，γ-GT(IF)-S，CK-JS，AMY-S
ラテックス試薬シリーズ
CRP，RF，ASO，AFP，BMG，Mb，IgE，FER，Lp(a)，αMi
TIA 試薬シリーズ
IgG，IgA，IgM，C3，C4，U-ALB

東京航空計器株式会社

〒201-8555 東京都狛江市和泉本町１—35—１

設立年月日	昭和12年２月17日
資本金	５億円
代表者名	和田 篤武
従業員数	約550名
E—mail	tkk3u@jb3.so-net.ne.jp
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒201-8555：狛江市和泉町１—35—１
	TEL：03—3489—1130
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　産業事業部　営業部
	TEL：03—3489—1130　　FAX：03—3489—1182

〔展示主要商品〕

微生物分類同定装置／抗酸菌鏡検装置

特長：抗酸菌検査における目視検査を自動化し，優れた画像判定機能で熟練度による個人差を解消，更なる信頼性向上へ大きく貢献できる装置です。

①抗酸菌を正確且つ瞬時にキャッチ。
②高度なカラー処理で正確な検出結果。
③省スペース且つワンタッチ操作。
④検査像の保存と表示の機能。
⑤「検出結果一覧」自動作成。

〔取扱い商品〕

医用電子装置，医用分析装置，汎用分析装置

東京貿易株式会社

〒104-8510 東京都中央区八丁堀２—13—８

設立年月日	昭和22年10月30日
資本金	５億１千万円
代表者名	取締役社長　立野 嘉之
従業員数	281名
E—mail	uehiro@tokyo-boeki.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.tokyo-boeki.co.jp
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒197-0815：あきる野市二宮東２—３—63
	TEL：042—550—7271
商品問合せ先	担当部門　：　医療プロジェクト室
	TEL：03—3555—7353　　FAX：03—3555—7271

〔展示主要商品〕

多機能自動分析装置ビオリス24ｉ／ビオリス60ｉ

ビオリス24ｉ

特長：①同時24項目測定（オプション：同時36項目測定システム）
②240テスト／時（400テスト／時：電解質測定を含む）
③パソコンによる簡単操作
④真空採血管対応サンプルトレー
⑤ホスト双方向通信対応

ビオリス60ｉ

特長：①同時30項目測定
②600テスト／時（840テスト／時：電解質測定を含む）
③タッチパネルによる簡単操作
④検体及び試薬のバーコード管理（標準装備）
⑤ホスト双方向通信対応

〔取扱い商品〕

自動分析装置　ビオリス24ｉ，ビオリス60ｉ
ポンプ　　ダイヤフラムポンプ，プランジャーポンプ

東芝メディカルシステムズ株式会社

〒324-8550 大田原市下石上1385

設立年月日：	昭和23年9月23日
資本金：	147億円
代表者名：	桂田 昌生
従業員数：	約3,300名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒370-0021：
	TEL： — —
研究所所在地：	
	TEL： FAX：
商品問合せ先：	担当部門 ： 検体検査システム部
	TEL：03—3818—2182 FAX：

〔展示主要商品〕

自動分析装置 ARCHITECT c8000

特長：検体間キャリーオーバの低減により，免疫測定装置との連結が可能。インテリジェントラックサンプラーにより，検体の操作性が飛躍的に向上できる。

〔取扱い商品〕

医用検体検査機器，診断用X線装置，医用X線CT装置，磁気共鳴画像診断装置（MRI），超音波画像診断装置，診断用核医学装置，治療用機器，医用内視鏡，医用コンピュータ・システム

東ソー株式会社

TOSOH

〒105-8623 東京都港区芝3—8—2

設立年月日：	昭和10年2月11日
資本金：	406億円
代表者名：	代表取締役社長 土屋 隆
従業員数：	2,396名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.tosoh.co.jp
工場所在地：	〒746-8501：周南市開成町4560
(他2工場)	TEL：0834—63—9800
研究所所在地：	〒252-1123：綾瀬市早川2743—1
(他2研究所)	TEL：0467—77—2211
商品問合せ先：	担当部門 ： 科学計測事業部 営業部
	TEL：03—5427—5181 FAX：03—5427—5220

〔展示主要商品〕

全自動EIA装置 AIA-1800，自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G7

特長：小型，高精度で診療前検査をはじめ迅速測定に最適。

〔取扱い商品〕

①全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-360）
②全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-600II）
③全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-1800）
④酵素免疫測定用試薬（Eテスト「TOSOH」IIシリーズ）
⑤東ソー自動グリコヘモグロビン分析計（HLC-723G7）
⑥東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC-725CA II）
⑦自動VMA/HVA分析計（HLC-726VMA III）

東洋器材科学株式会社

〒335-0003 蕨市南町４－７－10

設立年月日	昭和47年12月１日
資本金	1,000万円
代表者名	代表取締役社長 佐藤 英輔
従業員数	45名
E－mail	tykkizai@toyo-kizai.co.jp
URL(ホームページ)	http//www.toyo-kizai.co.jp
工場所在地	〒335-0003：蕨市南町４－７－10
	TEL：048－447－3381
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　営業部
	TEL：048－447－3381　　FAX：048－431－4685

〔展示主要商品〕

エコ採便管

特長：環境にやさしく，軽量，コンパクトな採便管です。自動塗抹機も使えますので作業の自動化がはかれます。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品

- スピッツ
- スポイト
- チューブ
- シャーレ
- サンプルカップ
- 採便管
- カップ類
- 採水瓶
- スワブ

東洋紡績株式会社

〒530-8230 大阪市北区堂島浜２－２－８

設立年月日	1914年６月１日
資本金	433億円
代表者名	取締役社長　津村 準二
従業員数	4,000名
E－mail	techoskoobio.toyobo.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.toyobo.co.jp
工場所在地	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7641
研究所所在地	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7643
商品問合せ先	担当部門　：　バイオケミカル事業部・診断システムグループ
	TEL：06－6348－3335　　FAX：06－6348－3833

〔展示主要商品〕

尿中有形成分分析装置：U-SCANNER

特長：1)検体分取から画像解析判定まで全てを自動化いたしました。2)Auto Focus機能装備の顕微鏡画像を高精度画像解析プログラムで解析します。3)赤血球（変形赤血球）・白血球・上皮細胞（偏平，移行，尿細管）円柱（硝子，ろう様，顆粒）・細菌・膿尿・無晶性塩類と充実した測定項目です。4)撮像画像を保存できますので，再検目視が可能となり，低再検率化に成功しました。以上の性能を有する“U-SCANNER”は尿検査の効率化に有用です。

〔取扱い商品〕

- 尿中有形成分分析装置：U-SCANNER
- ニコカード　HbA_{1c}
- ニコカード　CRP
- ニコカード　V-Alb

長瀬産業株式会社

〒103-8355 東京都中央区日本橋小舟町5－1

設立年月日：	大正6年12月9日
資本金：	96億9,970万円
代表者名：	長瀬 洋
従業員数：	約1,100名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. nagase. co. jp/
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒651－2241：神戸市西区室谷2－2－3
	TEL：078－992－3162　FAX：078－992－1050
商品問合せ先：	担当部門 ： ヘルスケア事業部，メディカルケア製品部
	TEL：03－3665－3174，3288，3208 FAX：03－3665－3723，3752

〔展示主要商品〕

総合感染症コントロールシステム

特長：感染症総合情報処理システム及び感染症検査機器システムや病院総合医療情報システムの連携によって，感染症をリアルタイムにモニタリングし，早期診断，適正治療，院内感染の防止及び教育，研究を支援します。

〔取扱い商品〕

1．自動細菌検査システム MIC2000自動培養ストッカー　IS60
2．MIC 画像処理判定システム：IA20MIC
3．総合感染症コントロールシステム
4．臨床検査情報処理システム：SUN 臨床検査総合システム
5．イメージ入力システム：From CATCHER
6．赤沈自動測定装置：QuickEye（クイックアイ）

株式会社ニチリョー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2－4－10 共同ビル

設立年月日：	昭和19年5月25日
資本金：	3,000万円
代表者名：	伊東 義人
従業員数：	60名
E－mail：	n-sales@nichiryo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nichiryo.co.jp
工場所在地：	〒343-0822：越谷市西方2760－1
	TEL：048－989－1301
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 国内営業部
	TEL：03－5820－2411　FAX：03－5820－2410

〔展示主要商品〕

自動分注希釈装置／NSP-7000III

特長：NSP-7000IIIはディスポーザブルチップを用いた自動分注希釈システムです。付属のパソコンソフトで誰でも簡単にプログラムを作成でき，オプションでスタッカや384穴プレート用ノズル等が選択できます。

〔取扱い商品〕

・ハイブリッドピペット　：Nichipet HB
・デジタルマイクロピペット：オートクレーバブル Nichipet EX
・マルチチャンネルピペット：Nichipet 7000
・シリンジディスペンサ　：ニチメイトステッパー
・ピペットコントローラー　：Pipette Mate
・自動分注システム　：NSP-7000III
　：NSP-7000R
　マイリューターIII
・コンパクト分注ワークステーション：Multi-CHOT

日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野３—23— 9

設立年月日：	昭和10年４月６日
資本金：	44億5,000万円
代表者名：	富本 善久
従業員数：	510名
E—mail：	diag-sale@nissui-pharm.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nissui-pharm.co.jp
工場所在地：	〒307-0036：結城市北南茂呂1075— 2
	TEL：0296—35—1221　FAX：0296—35—1217
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：0296—35—1225　FAX：0296—35—1579
商品問合せ先：	担当部門：マーケティング戦略部マーケティンググループカスタマーサポート担当
	TEL：03—5846—5707　FAX：03—5846—5629

〔展示主要商品〕

全自動迅速同定感受性測定装置／ライサス

特長：①菌種同定と薬剤感受性検査を１台のシステムで同時に行うことができる
②同定・感受性成績ともに最短で３時間で得られる
③操作は菌液をセットするだけで，菌液希釈も装置が行い，自動的に接種・培養・判定する

〔取扱い商品〕

全自動蛍光免疫測定装置：エバネット EV20
全自動エンザイムイムノアッセイ装置：AIA-1800
AIA-600 II
AIA-360
精度管理用凍結プール血清：L-コンセーラ I EX，II EX
L-スイトロール I，II，II EX
L-トライロール
細菌培養用分画培地：ニッスイ分画プレート

ニットーボーメディカル株式会社

〒102-0073 東京都千代田区九段北４—１—28

設立年月日：	昭和62年８月28日
資本金：	３億円
代表者名：	向井 雅彦
従業員数：	60名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門：学術課
	TEL：03—3238—4540　FAX：03—3238—4590

〔展示主要商品〕

Tube21QR

特長：血清分離後の残存フィブリノゲン，フィブリンを簡単迅速に除去します

〔取扱い商品〕

生化学系液状試薬（CRE，BUN，CPK 他）
免疫比濁法試薬（免疫グロブリン G，A，M，C3，C4，PreAlb 他）
Latex 免疫比濁法試薬（CRP，RF，ASO，β_2-m，RBP 等）
血液凝固因子測定試薬（AT—III，PLG 等）
腫瘍マーカー（CSLEX）
理化学用洗浄剤
尿沈渣管

NIPPN ニップンテクノクラスタ株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場１—30—５ 千寿ビル４Ｆ

設立年月日	1998年１月５日
資本金	3,000万円
代表者名	大桃 惣右ヱ門
従業員数	28名
E—mail	info-ntc@nippntechno.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.nippntechno.co.jp
工場所在地	〒 :
	TEL :
アプリケーションラボ	〒169-0075：新宿区高田馬場１—30—５ 千寿ビル５階
	TEL :
商品問合せ先	担当部門 : 営業部
	TEL：03—5287—6761 FAX：03—5287—6765

〔展示主要商品〕

BioDot社イムノクロマト法テストストリップ用研究開発装置／製造システム

特長：急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究／開発から製造ラインまで，個々のモジュールを組合せることにより，トータルシステムとして供給することのできる世界唯一の専門メーカーです。

〔取扱い商品〕

- BioDot社　イムノクロマト法テストストリップの研究開発／製造システム
- Cartesian社　マイクロアレイシステム作製システム
- Corbett Research社　リアルタイムDNA増幅検出装置
- Bangs Laboratoroes社　各種Microspheres
- S&S社　各種メンブレンフィルター
- Adhesives Research社　各種粘着テープ

NIPRO ニプロ株式会社

〒531-8510 大阪市北区本庄西３—９—３

設立年月日	昭和29年７月８日
資本金	225億6,300万円
代表者名	佐野 寶
従業員数	1,914名
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www.nipro.co.jp/
工場所在地	〒018-5751：大館市二井田字羽貫谷地８—７
	TEL：0186—49—5111
研究所所在地	〒525-0055：草津市野路町3023
	TEL：077—564—0500
商品問合せ先	担当部門 : 輸液・検査商品営業部
	TEL：06—6373—3168 FAX：06—6373—8978

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／コンポライズ—450

特長：同時52項目，180テスト／時間の処理能力を持ち検体バーコード，自動再検機能，自動立ち上げ機能といった充実機能を搭載し，ISEもオプション装備できる卓上型高性能自動分析装置。

〔取扱い商品〕

各種ディスポーザブル医療器具。体外診断薬，医薬品。
人工腎臓用装置，ダイアライザー等。

日本ケミファ株式会社

〒101-8678 東京都千代田区岩本町２－２－３

設立年月日	昭和25年６月16日
資本金	39億8,500万円
代表者名	山口 一城
従業員数	600名
E－mail	ncdd@chemiphar.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.chemiphar.co.jp/ncdd
工場所在地	〒308-0112：茨城県真壁郡関城町藤ヶ谷赤坂799－１
	TEL：0296－37－2211
研究所所在地	〒341-0005：三郷市彦川戸１－22－１
	TEL：0489－53－8265　FAX：0489－53－8269
商品問合せ先	担当部門　：　臨床検査薬事業部　営業推進室
	TEL：03－3851－2974　FAX：03－3862－2645

〔展示主要商品〕

アレルギー特異 IgE 測定装置

特長：多孔性ガラスフィルターを固相とした酵素免疫測定法によるアレルギー検査システムです。MI01では11分，DiaPack2000では16分という特異 IgE 検査では世界最速の処理能力を誇り，迅速報告・診療前検査を実現いたしました。迅速・簡便・高感度な測定が，アレルギー特異 IgE 抗体検査の効率化に貢献します。

〔取扱い商品〕

- アレルギー特異 IgE 測定装置　DiaPack2000
- 全自動酵素免疫測定装置　MI01
- アレルギー特異 IgE 測定試薬　オリトン IgE「ケミファ」
- 全自動グリコヘモグロビン分析計　HLC-723G7
- ヘモグロビン A_{1c} 血糖　測定用搬送システム
- 糖尿病関連診断薬
- その他　医療用具用各種洗剤

株式会社日本抗体研究所

〒370-0021 高崎市西横手町351－１

設立年月日	1977年11月８日
資本金	7,500万円
代表者名	代表取締役会長 足立 正一，代表取締役社長 青山順吉
従業員数	132名
E－mail	jimro@jimro.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.jimro.co.jp
工場所在地	〒370-0021：高崎市西横手町351－１
	TEL：027－353－1411
研究所所在地	同上
	TEL：027－353－1411　FAX：027－353－1770
商品問合せ先	担当部門　：　学術部
	TEL：0120－677－170(フリーダイヤル) FAX：03－3469－9352

〔展示主要商品〕

RLP-コレステロール／RLP-コレステロール

特長：レムナントリポ蛋白は，カイロミクロン（CM）や超低比重リポ蛋白（VLDL）がリポ蛋白リパーゼによって分解されて生ずる遺残型リポ蛋白で，動脈硬化の発症及び進展に関連します。本キットは，レムナントリポ蛋白コレステロールの定量検査であり，FDA より2000年７月に冠動脈疾患のリスク評価に有用である事が認められました。

〔取扱い商品〕

レムナント様リポ蛋白コレステロール測定キット：RLP-コレステロール「JIMRO」II
変異原性試験キット：ウムラック AT
サイトカイン ELISA キット
各種免疫研究用試薬
芽球高純度回収試薬：BLASTRETRIEVER

NIHON KOHDEN　日本光電工業株式会社

〒161-8560 東京都新宿区西落合 1 —31— 4

設立年月日：	1951年8月7日
資本金：	75億4,400万円（2004年3月31日現在）
代表者名：	荻野 和郎
従業員数：	2,610名（グループ）（2003年3月31日現在）
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.nihonkohden.co.jp/
工場所在地：	〒　：鶴ヶ島市，埼玉県大里郡川本町，富岡市
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　日本光電企画センタ株式会社
	TEL：03—5996—8028　FAX：03—5996—8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK-8222

特長：レーザ散乱法を用いた，白血球5分類を含む22項目測定が可能な，全自動血球計数器です。全血55μL。オートサンプラとマニュアルオートサンプラを内蔵し80検体/時の高速処理速度を有します。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位検査装置，筋電計，心電計，自動血球計数器，ベッドサイドモニタ，セントラルモニタ，人工呼吸器，除細動器，輸液ポンプ，心臓ペースメーカ，運動負荷試験システム，呼吸代謝測定装置，携帯型心電図伝送システム，画像診断装置，心臓カテーテル検査システム，救急モニタ，基礎医学研究用機器，各種センサなど

SCHERING　日本シエーリング株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 2 — 6 —64

設立年月日：	1952年8月19日
資本金：	100億円
代表者名：	ホセ・E・マルティーノ アルバ
従業員数：	1,591名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.schering.co.jp
工場所在地：	〒
	TEL
研究所所在地：	
	TEL：　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　体外診断薬・医療機器部
	TEL：03—5715—8050　FAX：03—5715—8083

〔展示主要商品〕

全自動免疫発光測定装置　LIAISON　システム

特長：1時間あたり最大180テストを処理し，95kgと軽量ながら15項目のランダムアクセスを可能とするCLIA法を用いた全自動免疫発光測定装置です。

〔取扱い商品〕

- 体外診断用医薬品
  - RIAキット（腫瘍マーカー，ホルモン，骨代謝，TDM等40製品）
  - POCTキット（クリアビュープリメラ，クリアビュークラミジア，クリアビューストレップA，クリアビューEASY　HCG，EZカード「PSA」，クリアプラン）
- 全自動免疫発光測定装置
  - LIAISONシステム

JEOL 日本電子株式会社

〒196-8558 昭島市武蔵野３－１－２

設立年月日	昭和24年５月30日
資本金	44億2,650万円
代表者名	代表取締役社長兼 COO 原田 嘉晏
従業員数	3,129名
E－mail	www-master@jeol.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.jeol.co.jp/
工場所在地	〒196-8558：昭島市武蔵野３－１－２
	TEL：042―543―1111
研究所所在地	〒　　：同上
	TEL：042-542-2316　　FAX：042-542-2386
商品問合せ先	担当部門　：　第２営業本部
	TEL：042―528―3325　　FAX：042―528―3385

〔展示主要商品〕

自動分析装置／BioMajesty JCA-BM1250/1650/2250/6010/9030/9020

特長：①最少反応液量60～80μL　②シングル高速処理1250・1650・2400テスト／時　③検体前希釈機能が検体量僅か２μLで多項目分析を実現

〔取扱い商品〕

■自動分析装置クリナライザ　BioMajesty JCA-BM1250/1650/2250/6010/9030/9020
■ラックサンプラ200検体・600検体ラック　RA200/600
■検体自動搬送システム　JLA-701T
■臨床検査情報処理システム　JCS-33L
■全自動便潜血免疫分析装置　JIA-HB2010
■全自動アミノ酸分析機　JLC-500/V
■電子顕微鏡／表面分析装置／元素・構造分析装置／クロマト装置
素子製造装置／評価・検査装置／高周波応用装置／電子・イオンビーム応用装置・医用診断装置

BIO-RAD 日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里５－７－18 コスモパークビル

設立年月日	1979年10月16日
資本金	４億円
代表者名	増岡 邦明
従業員数	150名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.bio-rad.com
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　診断薬事業本部
	TEL：03―5811―6290　　FAX：03―5811―6282

〔展示主要商品〕

精度管理用コントロール／凍結乾燥及び液状シリーズ，マイクロプレートEIA分析装置

特長：検査室のニーズに対応する充実した幅広い製品ラインナップとUNITY PCを利用した精度管理システム

〔取扱い商品〕

①各種精度管理用コントロール
②精度管理用PCプログラム　“UNITY”
③精度管理用プログラム　“EQAS”
④腸管出血性大腸菌検査キット　“ノバパス ベロ毒素　EIA”
⑤全自動マイクロプレートEIA分析装置　Evolis
⑥自動マイクロプレートEIA／IFA装置PhDシステム
⑦ノバパス680マイクロプレートリーダー
⑧ノバパス1575マイクロプレートウォッシャー
⑨パルスフィールド電気泳動装置
⑩ゲルドックEQ

日本ビオメリュー株式会社

BIOMÉRIEUX

〒107-0061 東京都港区北青山２―12―28　青山ビル

設立年月日	1988年10月４日
資本金	４億8,000万円
代表者名	代表取締役社長　フレデリック・ベノリエル
従業員数	150名
E―mail	info-jp@as.biomerieux.com
URL(ホームページ)	http://www.biomerieux.co.jp
工場所在地	〒350-0207：坂戸市大字青木宿東894
	TEL：0492―80―4330
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　学術情報サービス
	TEL：03―5411―8799　　FAX：03―5411―8777

〔展示主要商品〕

自動細菌分析装置／バイテック２

特長：バイテック２はNASAの技術により開発されたバイテックシリーズの最新機種です。オーダーに合せた検査，完全自動化，自動結果検証システムなどにより，細菌検査の経済性・効率性・信頼性の向上に貢献します。

〔取扱い商品〕

- 生培地各種
- 用手法細菌検査キット　アピ／ID32シリーズ（同定），ID32シリーズ（感受性），ラテックス凝集法　スライデックスシリーズ（検出）
- 自動細菌分析装置　　バイテック／バイテック２（同定・感受性），バクテアラート3D（血液培養・抗酸菌培養）
- 自動免疫蛍光測定装置　ミニバイダス／バイダス（感染症（HAV，HBV，HIV，TORC，クラミジア他）・各種ホルモン測定，心筋マーカー他）
- 情報処理システム　　バイオリンク（オンライン・疫学統計）
- 自動血液凝固分析装置　MDA II，コアグ-A-メイトMTX，ラックローター/コンパクトXR
- 遺伝子検査関連装置　　ニュークリセンスminiMAG（磁性シリカ核酸抽出）ニュークリセンスEasyQ（リアルタイム遺伝子増幅・検出）

日本ポール株式会社

PALL

〒163-6017 東京都新宿区西新宿６―８―１

設立年月日	1982年７月１日
資本金	11億2,000万円
代表者名	井上 理一
従業員数	405名
E―mail	takeshi_saito@pall.com
URL(ホームページ)	http://www.pall.com
工場所在地	〒300-0315：茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里46
	TEL：0298―89―0001
研究所所在地	〒300-0315：茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里46
	TEL：0298―89―1951
商品問合せ先	担当部門　：　バイオメディカル事業部
	TEL：03―3495―8310　　FAX：03―3495―8366

〔展示主要商品〕

高非対称　血漿分離膜　BTSシリーズ

特長：高非対称のポリスルホンのメンブレンで，200μl以上全血から70μl相当の血漿を確保出来ます。多くの種類をそろえているため，あらゆる全血サンプルを対象とした免疫クロマト法電極センサーなど広く臨床検査に応用が可能です。

〔取扱い商品〕

当社は，ポール独自のメンブレン技術により臨床検査キットに適した多孔質膜を各種取り揃えております。血漿分離膜BTSやプレゼンスはクロマトグラフィーの原理により全血から血漿を効率よく分離することができます。血漿分離膜には全血を水平方向あるいは垂直方向に展開して分離する膜を用意し，お客様の用途に合わせてお使いいただけます。また，免疫クロマトキット用の展開膜プレデターはニトロセルロースの持つ問題点を解決した画期的な製品で，ポリエーテルスルホン表面にニトロ基を修飾した膜です。高い比表面積を有し，抗原，抗体その他タンパクを効率よく固定化でき，0.45～5.0μmの孔径を用意しています。更に，コンジュゲート塗布膜，吸水膜があり金コロイドや着色ラテックスビーズ等の微粒子を安定して流すことができ，プレフィルトレーション用低タンパク吸着材質は検体の組織を維持しながら粒子を除去し，検体を効果的にろ過します。

MILLIPORE 日本ミリポア株式会社

〒108-0073 東京都港区三田１－４－28 三田国際ビルヂング

設立年月日	平成13年１月30日
資本金	４億5,000万円
代表者名	代表取締役社長 合田 豊治
従業員数	180名
E－mail	jpmcom@m
URL(ホームページ)	http://www. millipore. com/nihon
工場所在地	マサチューセッツ(アメリカ)，コーク(アイルランド)
	TEL：
研究所所在地	〒240-0005：横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパークウエストタワー2階
	TEL：045－338－6100
商品問合せ先	担当部門 ： メンブレンテクノロジー事業部
	TEL：03－5442－9789 FAX：03－5442－9736

〔展示主要商品〕

Hi-Flow Plus メンブレン，OEM 用製品群

特長：メンブレンイムノクロマトの検査薬に推奨されているミリポアの Hi-Flow Plus メンブレンは，優れた再現性をもち，高いアッセイの効果が得られます。また，その他のミリポアセパレーション製品群も OEM 用としてご利用頂けます。

〔取扱い商品〕

イムノクロマトグラフィー用メンブレンフィルター
コンジュゲートパッド
吸収パッド
OEM 用製品群
アッセンブリーキット 等

ニューコン株式会社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里５－41－12

設立年月日	1991年12月
資本金	1億円
代表者名	代表取締役社長 王 春華
従業員数	120名
E－mail	sales@newcon.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.newcon.co.jp
工場所在地	〒116-0014：荒川区東日暮里５－41－12
	TEL：03－3805－2584
研究所所在地	
	TEL： FAX：
商品問合せ先	担当部門 ： 営業統括部
	TEL：03－3805－2564 FAX：03－3805－2603

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／PC-Win／Net（LABO）

特長：400システムの納入実績と30年間のノウハウを継承したサーバー／クライアント方式の臨床検査システム。Windows2000，2003，XP 対応。ユーザーの希望によるあらゆるカスタマイズが可能。

〔取扱い商品〕

1．臨床検査システム PC-Win/Net（LABO21）
2．人間ドック・健診システム PC-Win/Net（HEALTH21）
3．輸血管理システム PC-Win/Net（BLOOD21）
4．輸血安全管理支援システム PC-Win/Net（SAFETY21）
5．Web ドクター支援システム PC-Win/Net（DOCTOR21）
6．病理・細胞診システム PC-Win/Net（PATH/CYTO）
7．細菌検査システム PC-Win/Net（PACT）
8．医用画像情報管理システム PC-Win/Net（PACS）
9．染色体画像解析システム カリオビジョン CA-2000 K

Noteware ノートウェア株式会社

〒105-0012 東京都港区芝大門2－12－9　浜松町矢崎ホワイトビル6F

設立年月日	1981年2月	
資本金	4,000万円	
代表者名	赤澤 治行	
従業員数	15名	
E－mail		
URL(ホームページ)	http://www.noteware.com	
営業所在地	〒700-0902：岡山市錦町1－1	
	TEL：086—234—6045	FAX：425—596—8242
研究所所在地	米国カリフォルニア州トーランス市	
	TEL：310—543—9630	FAX：310—543—9639
商品問合せ先	担当部門　：　営業	
	TEL：03—5472—8790	FAX：03—5472—8796

〔展示主要商品〕

高速健診システム／WebLink システム／臨床検査システム

特長：臨床検査システム／Clinical Ware3.0は，合理的なクライアント・サーバシステムの構築，検査に特化した専用データベースの採用で，柔軟なオープンシステム，優れた操作性などを特徴とする。最先端の臨床検査システム。ノートウェアがここでこだわりぬいたものは，検査業務の効率化とその信頼性，1981年からのノウハウの蓄積，700システム以上の納入実績が，実力の証明です。

〔取扱い商品〕

高速健診システム，e健診システム，微生物検査システム，臨床検査システム，WebLink システム

バイエル メディカル株式会社

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1－19－15　ウノサワ東急ビル

設立年月日	1967年2月1日	
資本金	20億円	
代表者名	目黒 昭一郎	
従業員数	326名（診断薬事業部）	
E－mail		
URL(ホームページ)	http://www.bayermedical.co.jp	
工場所在地	〒-　　：	
	TEL：	
研究所所在地	〒　　：	
	TEL：	
商品問合せ先	担当部門　：　最寄の支店・営業所又は代表 03—3440—2411	
	TEL：	FAX：

〔展示主要商品〕

ADVIA シリーズ，クリニテックシリーズ，Rapidlab シリーズ等

特長：検査室，POC，核酸診断，自己測定，環境診断までの幅広いラインナップで検査のニーズにお応えします。常にクオリティの高いデータを得るために確立した「トータルサポートシステム」は，技術サービス，学術サポート，精度管理，コントロールサーベイ，カスタマートレーニングから構成される定評あるサポート体制です。

〔取扱い商品〕 **■臨床検査試薬・医療機器**

尿検査製品（クリニテックステータス，クリニテックアトラスXL，クリニテック500，クリニテック200＋，クリニテック100，クリニテック50，マルティスティックスシリーズ） **糖尿病検査製品**（アセンシアブリーズ，デキスターZII，アントセンスII，DCA2000システム） **血液学検査製品**（ADVIA2120，ADVIA120，ADVIA60，ADVIA70） **血液ガス・電解質分析製品**（バイエル860，バイエル850，バイエル840，Rapidpoint400，Rapidpoint405，バイエル348，バイエル248，Rapidchem744，Rapidchem754） **生化学検査製品**（エクスプレスプラス，オペラ，バイエル644，バイエル654） **免疫自動分析製品**（ACS180，ADVIA ケンタウルス） **血液塗沫標本作製・染色装置**（ADVIA S60） **核酸診断キット**（TMA アッセイ HCV）

BioTec バイオテック株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島２―29―４ 古沢ビル

設立年月日	1979年３月１日
資本金	3,000万円
代表者名	長倉 誠
従業員数	19名
E―mail	info@biotec.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.biotec.co.jp
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　営業部
	TEL：03―3816―6931　　FAX：03―3818―4554

〔展示主要商品〕

マルチディスペンサー／細胞用洗浄装置

〔取扱い商品〕

■ ELISA 用機器
- セラウォッシャー MW96シリーズ
- オートミニウォッシャーシリーズ

■ マイクロアッセイシステム機器
- 全自動血球凝集反応装置　ハルクス・オート１
- 凝集像自動読取装置　APAS-2000
- オートドロッパー EDR-500A

■ HLA 研究機器
- セラドット6072シリーズ，イムノビーズウォッシャー IBW-12

■ EIA，RIA 用ビーズウォッシャー
- プレート用 BW-20，BW-25
- チューブ用 TW-50N

■ DNA 分注器，核酸抽出装置

■分注装置（創薬ゲノム関連）
- マルチステージ・ディスペンスステーション ADS-384-8
- テーブルトップ・ディスペンサー EDR-384S II
- シングルライン・ディスペンサー mini-Gene LD-01

■その他特注品

株式会社ビー・エム・エル

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷５―21―３

設立年月日	昭和30年７月
資本金	60億4,558万６千円
代表者名	代表取締役社長 荒井 元義
従業員数	1,613名
E―mail	
URL(ホームページ)	http://www.bml.co.jp/
工場所在地	〒151-0051：渋谷区千駄ケ谷５―21―３
	TEL：03-3350-0111
研究所所在地	〒350-1101：川越市的場1361―１
	TEL：049―232―3131　　FAX：049-232-3132
商品問合せ先	担当部門　：　臨床ゲノム開発部
	TEL：049-232-0440　　FAX：049-232-5480

〔展示主要商品〕

インベーダー法による SNP 解析技術を用いた研究用，臨床用検査

特長：正確かつ簡便なインベーダー法を用いることにより，より早く結果の出る安価な研究用，臨床用 SNP 解析が可能となりました。

〔取扱い商品〕

○ Nano-Invader Array　インベーダー法を DNA チップ上で実施可能にするために，ナノタイタースライド（NTS）を開発いたしました。この NTS 上に解析対象の DNA を多数搭載するか，或いはインベーダー用のオリゴを多数搭載することによって，多数検体解析と多数遺伝子解析を自在に組み合わせることができ，しかもゲノムダイレクトに反応可能な今までにない DNA チップが完成いたしました。SNPs 解析はもとより感染症，食品分野にも有用な DNA チップ解析となります。

○インベーダーアッセイ：薬剤反応関連遺伝子多型（SNPs）検査
CYP，NAT2，MDRI 等の遺伝子多型をインベーダー法により高精度解析

○インベーダーアッセイ：生活習慣病関連　高脂血症や糖尿病関連等の遺伝子多型をインベーダー法によりパネル解析

○インベーダーアッセイ：感染症関連検査　歯周病関連５菌種の遺伝子検査をインベーダー法で安価・確実に実施
抗酸菌遺伝子検査をインベーダー法で迅速に実施

日立ハイテク　株式会社 日立ハイテクノロジーズ

〒105-8717 東京都港区西新橋 1 —24—14

設立年月日	昭和22年 4 月12日
資本金	79億円
代表者名	執行役社長　林　將章
従業員数	3,107名
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www.hitachi-hitec.com/science/
工場所在地	〒312-8504：ひたちなか市市毛882
	TEL：029—273—2111
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　ライフサイエンス事業統括本部　事業企画本部　販売促進部
	TEL：03—3504—7211　　FAX：03—3504—7756

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置

特長：医療の現場において，診療や検査における品質管理の向上が求められている中，従来別個の業務であった機器システムと専用試薬の導入・運用管理を一体化。IT 技術を駆使して試薬選定～分析条件設定～精度管理～保守管理（メンテナンス・予防保全）に至る一連の業務の効率性・信頼性を向上させ，臨床検査の質の向上に貢献する血液自動分析システムです。また，ISO15189（臨床検査室—質と適合能力に対する特定要求事項）などの規格や規制適用に対しても，分析条件，精度管理などの明確化により貢献します。

〔取扱い商品〕

株式会社日立ハイテクノロジーズは，このような新しい時代に適合したユニークなハイテク企業であり，最先端技術を駆使する設計・製造機能と最先端ソリューションを提供する商社機能の融合により半導体製造装置やバイオ関連製品などのナノテクノロジー分野において，開発から製造，販売，サービスまでの一貫体制を構築いたしました。また，生化学自動分析装置をはじめとする多種多用な臨床用医用機器，DNA シーケンサ，さらに限りない可能性を秘めるバイオ分野にも，信頼性の高い技術サービスをお届けしています。

フィンガルリンク株式会社

〒130-0005 東京都墨田区東駒形 2 —13—13

設立年月日	1990年
資本金	1,000万円
代表者名	名郷根 正昭
従業員数	34名
E—mail	info@finggal-link.com
URL(ホームページ)	http://www.finggal-link.com
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒020-0033：盛岡市盛岡駅前北通 5 — 6 MDI ビル
	TEL：019—626—6543　　FAX：019—626—6545
商品問合せ先	担当部門　：　企画管理部
	TEL：03—3625—6543　　FAX：03—3625—6545

〔展示主要商品〕

止血血栓トータルマネジメントシステム／ROTEG

特長：Supeior Management of Acute Haemostasis Disorders
止血血栓の緊急異常時における最も効果的かつ包括的な検体情報データ，治療方法のコスト，危険性及び副作用のリアルな情報提供が可能です。

〔取扱い商品〕

■医療情報システムプロジェクト
臨床検査&検診システム（L-sys）／厚生労働省院内感染症サーベイランス事業運営
健康管理システム（健康レポート）／電子カルテシステム（開発 MBS）

■臨床検査機器
血小板凝集能測定装置（CHRONO-LOG）／止血血栓トータルマネジメントシステム「ROTEG」（ROTEG）
自動血沈速度測定装置（Test1TH，Roller20）／尿沈渣分析装置（DiaSys Work Station）

■病理システムプロジェクト
病理検査業務支援システム（開発㈱富士テクノサプライ）／デジタル顕微鏡カメラ&ファイリングシステム

■電気泳動プロジェクト
全自動キャピラリー電気泳動装置(CZE2000)／パラゴン電気泳動キットシステム(ベックマン・コルター㈱)／電気泳動用支持体(アドバンテック東洋㈱)

フクダ電子株式会社®

〒113-8483 東京都文京区本郷3—39—4

設立年月日	昭和23年7月6日
資本金	43億8,700万円
代表者名	福田 孝太郎
従業員数	2,412名
E—mail	info@fukuda.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.fukuda.co.jp
工場所在地	〒270-1495：白井市中305—1
	TEL：047—492—2011
研究所所在地	〒113-8420：文京区本郷2—35—8
	TEL：03—3814—1211
商品問合せ先	担当部門　：　お客様窓口
	TEL：03—5802—6600　　FAX：

〔展示主要商品〕

自動血球計数 CRP 測定装置／FL-275CRP

特長：全血18μLで血算と免疫（CBC＋CRP）の同時測定可能・検体の前処理不要・測定時間は約4分20秒

〔取扱い商品〕

Ⅰ．生体検査装置
心電計／心電図自動解析装置／ホルター心電計／ストレステストシステム／心臓カテーテル検査装置／超音波診断装置／血球計数装置／眼底カメラ／呼吸機能検査装置／睡眠ポリグラフィ／血圧脈波検査装置

Ⅱ．医用モニター
ベッドサイドモニタ／医用テレメータ／生体情報モニター

Ⅲ．治療装置
デフィブリレータ／ペースメーカ／人工呼吸器／酸素濃縮器／大動脈内バルーンポンプ・カテーテル／心臓カテーテル／PTCA カテーテル

Ⅳ．その他
安全点検システム／記録紙／ディスポーザブル電極／上記各装置の付属品および消耗品

富士工業株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島4—1—14

設立年月日	昭和5年5月1日
資本金	1,000万円
代表者名	壺井 剛之介
従業員数	6名
E—mail	
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：
	TEL：03—3814—3621　　FAX：03—3814—3625

〔展示主要商品〕

浸透圧計／アドバンス浸透圧計3D3

特長：3D3—ワイドレンジ0～4,000mOsm/kgH_2O。スタンバイ5分。自動キャリブレーション及び自己診断によるトラブル検出機能あり。メッセージボードがすべてを表示。24時間いつでもスタット測定可能。

〔取扱い商品〕

米国アドバンス社……アドバンス浸透圧計　3900　3D3　3300
ミルク・クライオスコープ
米国マノスタット社…クレット光電光度計
米国ケンブリッジ社…尿沈渣用 URI 染色液，染色液等を除去するスティンリムーバー
ドイツ　ホフマン社…電気バーナー
米国ドラモンド社……CM ピペット
他にストップウォッチホルダー等を販売

FjTS. 株式会社富士テクノサプライ

〒359-1145 所沢市山口1146—4

設立年月日	2000(平成12)年4月20日
資本金	1,000万円
代表者名	加納 侑
従業員数	12名
E—mail	support@fjts.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.fjts.co.jp
工場所在地	〒 :
	TEL :
研究所所在地	〒 :
	TEL :
商品問合せ先	担当部門 : コンピュータ事業部 営業
	TEL : 042—903—1811 FAX : 042—903—1810

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／Fj-Wing シリーズ

特長：Windows2000，SQLによりハイパフォーマンスを実現，高信頼性のクラスターシステム採用，検査状況と検査業務画面が見やすく切り替わる独自のスイングステージを開発，拡張性の高いシステムを提供。

〔取扱い商品〕

1．臨床検査システム
2．生理検査システム
3．病理検査システム
4．細菌検査システム
5．輸血管理システム

富士フイルム メディカル株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座7—13—8

設立年月日	昭和42年
資本金	12億円
代表者名	今井 祐
従業員数	990名
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www.fujifilm.co.jp/fms/
工場所在地	〒 :
	TEL :
研究所所在地	〒 :
	TEL :
商品問合せ先	担当部門 : 営業本部 販売部 ドライケムグループ
	TEL : 03—3545—3326 FAX : 03—5565—7020

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／富士ドライケム 7000

特長：いかにしたら迅速な検査結果が得られるかを追求してきたドライケムシリーズの新製品として発売。即時に検査結果を得られることは，検査結果を聞く為にだけ再来院してもらう必要も無くなり，結果を聞くまでの数日間の不安も解消してあげることに結びつきます。

〔取扱い商品〕

●測定装置

富士ドライケム	300G	：血糖専用測定機
富士ドライケム	MiniNet	：富士ドライケム検査データー処理支援システム
富士ドライケム	3500シリーズ	：比色／電解質多項目測定機
富士ドライケム	800	：電解質専用測定機
富士ドライケム	100タイプN	：アンモニア専用測定機
富士ドライケム	7000シリーズ	：比色／電解質多項目測定機

●測定試薬 富士ドライケムスライド（全血用，血漿・血清用）30項目
●標準液 富士ドライケムコントロール液 QP-L，H，QN，QE

富士レビオ株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町２―62―５ FR ビル

設立年月日	1950年12月18日
資本金	39億6,619万円
代表者名	鈴木 博正
従業員数	540名
E―mail	
URL(ホームページ)	http://www.fujirebio.co.jp/
工場所在地	〒192-0031：八王子市小宮町51
	TEL：0426―45―0052
研究所所在地	〒　　：同上
	TEL：0426―45―0071　FAX：0426―46―8325
商品問合せ先	担当部門　：　学術サービス部
	TEL：03―5695―9210　FAX：03―5695―9234

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定システム／ルミパルスｆ（フォルテ）

特長：バーコードオーダー入力対応，検体搬送ライン接続可能，自動希釈再検機能により効率化，省力化を追求。日本語入力，タッチパネルで簡単操作を実現。化学発光酵素免疫測定による高感度アッセイ。

〔取扱い商品〕

〈試薬〉血清検査（PA・HA 法）：TP，アンティ HBs，HTLV-I，HIV-1/2，ASK，ATG，AMC，MYCO II　他
（ラテックス凝集法）：HbA_{1C}，ASO
（CLEIA 法）：CA19-9，CA125，CA15-3，AFP，CEA，PSA，シフラ，TSH，IgE，β_2M，α_1M，フェリチン，HTLV-Ⅰ，HIV-1/2，HCV，HBsAg，HBsAb，HBcIgM，HBcAb，TP，FT3，FT4，インシュリン，LH，プロラクチン，FSH，E_2，HBeAg，HBeAb，HCVcoreAb，TgAb，TPOAb，HCV 抗原他
（FPIA 法）：FDP，D-D ダイマー，AT Ⅲ，HBsAb，CRP，TP，CK-MB
血液凝固線溶検査：D-D ダイマー

〈機器〉ルミパルスｆ，エバネット EV20，マグストリーム AS，JIA-HB2010

扶桑薬品工業株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町１―７―10

設立年月日	昭和12年３月25日
資本金	107億5,820万円
代表者名	戸田 幹雄
従業員数	1,377名
E―mail	
URL(ホームページ)	http://www.fuso-pharm.co.jp/
工場所在地	〒536-8523：大阪市城東区森之宮２―３―11
	TEL：06―6969―1131
研究所所在地	〒536-8523：大阪市城東区森之宮２―３―30
	TEL：06―6969―3131　FAX：06―6964―2706
商品問合せ先	担当部門　：　営業部 営業四課
	TEL：06―6969―1131　FAX：06―6969―2341

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／アイ・スタットシリーズ

特長：患者のベッドサイドで，血液ガス及び電解質などを，ごく微量の検体で，迅速，簡便，かつ正確に測定。ポイント・オブ・ケア検査に好適。

〔取扱い商品〕

■ポータブル血液分析器「アイ・スタット」
　アナライザー200
　アナライザー300F-S
　アナライザー300F-N
　電子シミュレーター
　カートリッジ（10種類）
　その他

■白血球中細菌核酸同定検査
　末梢血における白血球中の細菌検出キット「ハイブリゼップ」

ベックマン・コールター株式会社

東京都港区虎ノ門３－５－１　虎ノ門37森ビル

設立年月日	1977年７月１日
資本金	12億3,000万円
代表者名	リーランド・エフ・マッカーシー
従業員数	300名
E－mail	bckkcas@beckmancoulter.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.beckmancoulter.com
工場所在地	〒243-0021：厚木市岡田３－８－23
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　業務推進グループ
	TEL：03－5404－8424　　FAX：03－3578－4605

〔展示主要商品〕

全自動血液分析装置／COULTER®LH700シリーズ，COULTER®LH500
臨床化学自動分析装置／SYNCHRON LX®i725
全自動免疫化学分析装置／Unicel™DxI800
全自動細胞解析装置／Cytomics™ FC500

特長：完全自動ランダムアクセス方式自動分析装置で，専用試薬のみならず汎用試薬にも対応でき，生化学から免疫，線溶検査など幅広い分野への対応が可能。メンテナンスフリー，ラテックス試薬も安心して使用できます。

〔取扱い商品〕

臨床化学自動分析装置：SYNCHRON LX®i725
生化学自動分析装置：SYNCHRON CX®シリーズ，LX®シリーズ
血液分析装置：LH700シリーズ，Gen•S™ Cell System2，HmX™，MAXM™A/L-Retic，A^c•T™5diffCP，A^c•T™シリーズ
細胞分析／分取装置：Cytomics™ FC500，EPICS® XL-MCL System2
免疫化学分析装置：Access®，Access®2，IMMAGE®，Unicel™DxI800
電気泳動システム：Paragon CZE®2000
全自動電解質測定装置：SYNCHRON EL-ISE®
各種試薬

株式会社ヘレナ研究所

〒330-0061　さいたま市浦和区常盤９－21－19

設立年月日	昭和51年２月28日
資本金	3,000万円
代表者名	中里 時亜
従業員数	40名
E－mail	sales@helena.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.helena.co.jp
工場所在地	〒330-0061：さいたま市浦和区常盤９－21－19
	TEL：048－833－3208
研究所所在地	〒330-0061：さいたま市浦和区常盤９－21－19
	TEL：048－833－3208
商品問合せ先	担当部門　：　営業部
	TEL：048－833－3208　　FAX：048－833－3273

〔展示主要商品〕

REP(高速自動電気泳動装置)　エパライザ２(全自動電気泳動分析装置)

特長：一台で，蛋白分画，アイソザイム分画及び脂質分画まで完全自動化!!

〔取扱い商品〕

高速自動電気泳動装置(REP)	：	泳動項目 ┬ 蛋白分画・脂質分画・他 　　└ LD・ALP・CK
全自動電気泳動分析装置(エパライザ２)	：	泳動項目 ┬ 蛋白分画・脂質分画・他 　　└ LD・ALP・CK
デンシトメータ	：	EDC
支持体	：	アガロース膜 (クイックジェル) (タイタンジェル)

HORIBA 株式会社 堀場製作所

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日	1953（昭和28）年1月26日
資本金	71億6,000万円
代表者名	堀場 厚
従業員数	1,049名
E-mail	me_info@horiba.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.horiba.co.jp
工場所在地	〒601-8510：京都市南区吉祥院宮の東町2
	TEL：075—313—8121
研究所所在地	〒　　：同上
	TEL：同上　FAX：075—321—5834
商品問合せ先	担当部門　：　医用システム営業部
	TEL：075—313—5736　FAX：075—321—0752

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／PENTRA シリーズ

特長：微量の全血検体で，血球計数，白血球分類，網赤血球測定，塗抹染色標本の作製を自動的に行う自動血球計数装置のシリーズです。検査室のバックアップ用や緊急検査用に最適な小型装置から，塗抹染色標本の作製までを行う装置まで取り揃えています。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置　LC-141，LC-140，LC-550，LC-5000，LC-5501J
動物用自動血球計数装置　LC-152
自動血球計数CRP測定装置　LC-175CRP，LC-275CRP
pHメーター　Fシリーズ，Dシリーズ
自動塗抹染色標本作製装置　LX-9131
自動テオフィリン測定装置　LT-110
自動CRP測定装置　LT-120

株式会社三菱化学ヤトロン

〒101-0031 東京都千代田区東神田2—1—11

設立年月日	平成15年7月1日
資本金	3億円
代表者名	代表取締役社長 吉富 敏彦
従業員数	420名
E-mail	
URL(ホームページ)	http://mk-iatron.jp
工場所在地	〒276-0046：八千代市大和田新田1144
	TEL：047—450—2261
研究所所在地	〒289-2247：千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1460—6
	TEL：0479—76—3666
商品問合せ先	担当部門　：　コールセンター
	TEL：03—3863—6259　FAX：03—3862—1769

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学発光システム／イムライズ2000

特長：豊富なラインナップ。CLEIAによる高感度アッセイ。24項目ランダムアクセス。独自の洗浄法によるB/F分離（特許）。処理能力200テスト/時。17インチタッチパネル操作。測定プロセスモニタリング。

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　キット・自動分析機用検査試薬
■全自動免疫血清検査システム　LPIAシステム
■全自動免疫化学発光システム　DPC社製　イムライズ2000/1000
■血液凝固測定装置　IL社製　ACL Advance・ACL7000/9000
■分析用器具　ドイツ・エッペンドルフ社製　ピペット・遠心分離機・他
■分析用機械　TLC-FID/FPDイアトロスキャン
■その他　研究用試薬・病理検査用各種抗体・細胞凍結保存液・他

株式会社 メディカル ジャパン
MEDICAL JAPAN CO..LTD.

〒435-0057 浜松市中田町447

設立年月日	昭和60年1月
資本金	1,000万円
代表者名	市川 明広
従業員数	20名
E－mail	medical-japan@guitar.ocn.ne.jp
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒431-3102：浜松市豊西町904の7
	TEL：053-435-9881　FAX：053-435-9882
研究所所在地	〒　同上
	TEL　同上
商品問合せ先	担当部門　：　検体搬送システムG
	TEL：053—467—1166　FAX：053—467—1600

〔展示主要商品〕

検体前処理搬送システム／MSシリーズ

特長：ユニットサイズの変更が可能でフリーレイアウト方式です。ラックも1本・5本・10本　対応が可能で省スペースでリアルタイムからバッチ処理の各ラインが構築できます。

〔取扱い商品〕

検体前処理システム（基本ユニット・25ユニット以上あり）
分注システム（子検体ラベラー・有無）
採血管準備システム
バーコードプリンター
子検体容器
子検体ラベル
ディスポチップ
閉栓用ポリキャップ

Medix Biochemica Oy Ab

Asematie 13 FIN-02700 kauniainen Finland

設立年月日	1985年	
資本金		
代表者名	Ismo Råman	
従業員数	80名	
E－mail	pekka hilden@medixbiochemica.com	
URL(ホームページ)	http:/www.medixbiochemica.com	
工場所在地	〒　：Joensuu, Finland	
	TEL：	
商品問合せ先	担当部門　：　Mr. Pekka Hilden	日本総代理：錦商事㈱
	TEL：+358—9—547—680	TEL：03—3639—8724
	FAX：+358—9—505—3441	FAX：03—3661—9594

〔展示主要商品〕

モノクローナル抗体各種

〔取扱い商品〕

・モノクローナル抗体各種
・迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティックテスト各種
・酵素免疫測定法キット各種

当社は，1978年にMEDIX臨床検査センターで開発したモノクローナル抗体を販売以来，20年近い経験をもつ数少ない会社のひとつで，1986年からは日本にも輸出しております。

当社では，新製品と新技術の開発のために毎年利益の20～30%をR&Dに投資しております。今後，従来のインビトロ・モノクローナル抗体の提供に加えて，更に高い技術をもって日本の顧客の方々を支援したいと考えております。

株式会社メルシー

〒812-0004 福岡市博多区榎田２－９－３　ファーストビルⅡ－１号

設立年月日：	平成８年６月
資　本　金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役　藤　浩
従業員数：	７名
E－mail：	info@merci-net.co.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：　－　－
研究所所在地：	
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：092－434－2020　　FAX：092－434－2022

〔展示主要商品〕

リラクゼーション機器／アクティブモア

特長：今までのフットマッサージャーの概念を超えた商品です。特殊なもみ玉を搭載し足先から首まで全身をもみほぐす事ができます。コンパクトでどんな場所でも使用可能です。

〔取扱い商品〕

アクティブモア

有限会社 山久化成

〒206-0803 稲城市向陽台４－２－Ｃ－1007

設立年月日：	平成６年５月12日
資　本　金：	300万円
代表者名：	山田 倫久
従業員数：	
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.yamahisa-net.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：042－370－4744　　FAX：042－370－4745

〔展示主要商品〕

検体前処理装置　他

特長：検体の前処理を，迅速・正確・効率的に行うための製品を低価格でご紹介致します。

〔取扱い商品〕

1．検査総合管理システム　・「マインズ」検査の受付から報告まで
2．自動検体小分け装置　・SasuGer180　・SasuGer200
3．自動検体容器ラベル貼り機
　・AutoSuratt SP　親検体用ラベル貼り機
4．HbA_{1c} 用検体希釈装置
　・PiaTreat 50α・PiaTreat 30・PiaTreat 200
5．ラベルプリンター　バーコード印刷，カラー印刷可能
6．喀痰溶解処理装置「ナルクマン」
7．万能型多品種小容器充填ユニット（製造用試薬分注装置）
　多品種少量製造用半自動試薬分注装置（分注－中栓－キャッピング）
8．「ピーポール」・「ウロキャッチ」（採尿用具）
9．ピーポールカッター「Musashi PP」　「ピーポール」を効率よく使用する為に容器をカットし，そのまま測定装置にかけられます。

UNIFLEX 株式会社ユニフレックス

〒113-0033 東京都文京区本郷3—26—4　ドルミ本郷7F

設立年月日：	1976年8月28日
資本金：	3,000万円
代表者名：	服部　晃
従業員数：	46名
E—mail：	info@uniflex.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.uniflex.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　受注サービス課
	TEL：04—7147—3034　FAX：04—7144—8242

〔展示主要商品〕

プラスチック消耗品／ピペットチップ，サンプルカップ

特長：エルケイブランドのプラスチック消耗品は，高純度素材を使用しているので，クリーンでしかも低価格を実現したプラスチック器材です。2000種を越す製品が用意してあります。

〔取扱い商品〕

エルケイブランドプラスチック消耗品

RADIOMETER COPENHAGEN ラジオメータートレーティング株式会社

〒105-0003 東京都港区新橋3—16—11 西新橋東急ビル

設立年月日：	平成2年8月30日
資本金：	4億9,000万円
代表者名：	ペーター・シャノー
従業員数：	120名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業企画部
	TEL：03—5777—3540　FAX：03—5777—3541

〔展示主要商品〕

血液ガスシステム／ABL700シリーズ

特長：ABL700シリーズは，患者サイドと検査室ラボの両方に適した血液ガスシステムです。比類ない正確さ，簡単な取り扱い，パワフルなデータ管理，最新のソフトウェアによるネットワーク対応などの特長があります。

〔取扱い商品〕

血液ガスシステム	ABL700シリーズ，ABL555シリーズ，ABL77シリーズ，ABL5
経皮血液ガスモニター	TCM4，TCM400
精度管理溶液	クオリチェックプラスシリーズ
動脈血サンプラー	PICOシリーズ，クリニチューブ
緊急検査データ管理システム	RADIANCE

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

〒105-0014 東京都港区芝２－６－１

設立年月日	1998年８月１日
資本金	25億円
代表者名	小川 渉
従業員数	700名（2004年２月現在）
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.rochedianostics.jp
工場所在地	〒247-0063：鎌倉市梶原200
	TEL：0467－45－3591(代表)
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	TEL：03－5443－7041(大代表) FAX：03－5443－5247

〔展示主要商品〕

特長：生化学，免疫血清，血液凝固，遺伝子と検査室におけるほぼすべての分野の分析機をラインナップ。皆様方の検査室においての効率性，経済性，信頼性の向上，そして省スペース化に至るまで，あらゆる商品・サービスを「Innovating Health Information」というビジョンの元ご提供させていただきます。

〔取扱い商品〕

モジュールアッセンブリ方式全自動測定装置
「モジュラーアナリティクス D. P. E」

〈生化学自動分析装置〉・COBAS　INTEGRA　800/400plus・9000シリーズ日立自動分析装置

〈免疫血清自動分析装置〉・エクルーシス2010

〈PCR 自動分析，抽出装置〉・COBAS　AMPLICOR　・MP-12

〈血液凝固自動分析装置〉・STA-R　・STA　Compact

〈血糖自己測定システム〉・アキュチェックコンフォート　・アキュチェックアクティブ・アキュチェックコンパクト

〈簡易分析装置〉・カーディアックリーダー　・ユリラックスS・OMNI モジュラー　・OMNI C　・レフロトロン プラス

〈研究用 PCR 自動分析，抽出装置〉
・LightCycler DX400　・MagNA Pure

ワープ太陽(株)

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原１－７－45－1101

設立年月日	1995年５月
資本金	2,000万円
代表者名	三橋 信二
従業員数	10名
E－mail	sunwarp@aurora.ocn.ne.jp
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒　－　　：
	TEL：　－　－
研究所所在地	
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先	担当部門　：　業務部展示課
	TEL：06－6396－9080　　FAX：06－6396－9306

〔展示主要商品〕

遠赤外線健康医療機／温熱モミ波動プロ

特長：モミと波動マッサージに加えて，遠赤外線の作用が疲れた部分を温めながらやさしく緩和。

〔取扱い商品〕

「温熱モミ波動プロ」は毎日の立ち疲れによるだるさやむくみ，筋肉疲労や神経痛などを心地良い刺激と遠赤外線で効果的にマッサージします。モミと波動マッサージに加えて，遠赤外線の作用が疲れた部分を温めながらやさしく緩和します。この３つの作用で全身の細胞すべてが活性化します。

遠赤外線巻付マット「ワープサンエコー」は起きている時はもちろん，寝ている間にも使用できます。まろやかな温泉の温かさで心身ともにリラックスでき，眠っている間に健康を取り戻せます。

超高速たたきマッサージャー「ワープミラクルビート」は小さなボディで大型マッサージ機をはかるに越える性能をもつ，一秒間に60回も強力に叩く今までにない特許商品です。

和光純薬工業株式会社

〒540-8605 大阪市中央区道修町３－１－２

設立年月日：	大正11年
資本金：	23億3,956万円
代表者名：	池添 太
従業員数：	1,450名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.wako-chem.co.jp/
工場所在地：	〒510-1222：三重県三重郡菰野町大字大強原2613－２
	TEL：0593－93－4881
研究所所在地：	〒661-0963：尼崎市高田町６－１
	TEL：06－6499－1501
商品問合せ先：	担当部門 ： 臨床検査薬 カスタマーサポートセンター
	TEL：03－3270－9134 FAX：03－3241－5752

〔展示主要商品〕

小型便潜血分析装置 QUICK RUN

特長：小型便潜血分析装置 QUICK RUN
- 小型，簡単操作で定量測定（10検体／バッチ）
- 便潜血と尿／髄液タンパクの２項目が測定可能

Whatman ワットマンジャパン株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野５－６－10 台和上野ビル１Ｆ

設立年月日：	1983年９月19日
資本金：	5,000万円
代表者名：	代表取締役 中村 光宏
従業員数：	16名(2004年６月現在)
E－mail：	japaninfo@whatman.com
URL(ホームページ)：	http://www.whatman.com
工場所在地：	〒 ： Whatman-International Ltd. ： Maidstone, Kent, England
	TEL：
研究所所在地：	〒 ： Whatman International Ltd. ： Maidstone, Kent, England
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：03－3832－6707 FAX：03－3832－6457

〔展示主要商品〕

フュージョン５

特長：フュージョン５は従来のイムノクロマトキットに必要な５つの機能（血球分離フィルタ・サンプルパッド・コンジュゲートパッド・メンブレン・吸水パッド）が１つになった製品です。イムノクロマトキットの開発・製造の手間・時間・コスト削減にとても有効です。

〔取扱い商品〕

イムノポア(ラテラルフロー用処理済ニトロセルロースメンブレン)
ピュラバインド A および G(無処理のニトロセルロースメンブレン)
ラピッドおよび F075(高性能コンジュゲートリリースパッド)
吸水紙(多種のセルロース/ガラスフィルター)
サンプル採取保存紙(血液，唾液，尿，便などの採取・保存用途等)
血球分離用フィルター
アノポア(セラミックフィルター，マイクロアレイや DNA チップ用途等)
サイクロポア(PET・PC 製の均一な孔径のフィルター，薬剤徐放用途等)
医療デバイス用フィルター(バクテリア除去・加湿用途等)
FTA カード（血液等からの DNA 分離抽出・輸送・保存が室温で可能）

AACC　American Association for Clinical Chemistry

AACC は，臨床化学，Biochemistry，免疫学，病理学，毒物学，分子病理学などを専門とする10,000人の会員を擁する非営利の学術的，国際的な協会で，1948年創立した長い歴史をもっております。

AACC は，検査医学領域の最新の研究情報を収載した「Clinical Chemistry Journal」を毎月会員に提供しており，年１回開催の Annual Meeting では，800題を越す臨床化学分野の研究報告が行われ，併設の世界的規模の展示会にはアメリカ国内および海外から数百の出展社および40,000人を越える見学者を迎えております。

AACC には，次の部門があり，それぞれ専門「News Letter」を発行しております。①動物臨床化学　②栄養学　③免疫学　④分子病理学　⑤電解質　⑥小児科学　⑦電解質・血液ガス　⑧管理科学　⑨臨床検査の歴史　⑩蛋白およびリポ蛋白　⑪TDM および毒物学　⑫Laboratory-情報システム

AACC 入会希望の方は，申込書および年会費 $130.00を下記あてに送付して下さい。

American Association for Clinical Chemistry, Inc.
2101 L St., NW, Suite 202
Washington, DC 20037-1526
Tel : 1-202-857-0717, ext. 739
Fax : 1-202-833-4576
E-mail : cdonnell@aacc. org
Home Page : http: //www. aacc. org

AACC 総会予定

第57回　2005年７月24日～７月28日　オーランド

展示に関しては下記にお問い合わせ下さい。

Sherago International Inc.
11 Penn Plaza・Suite 1003・New York, NY10001
Tel：+1-(212)643-1750・Fax：+1-(212)643-1758/57

MEDICA 運営事務局・デュッセルドルフ見本市会社

Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf, Germany

設立：1947年
代表者名：Wilhelm Giese（ヴィルヘルム・ギーゼ）
従業員数：480名
本社：ＴＥＬ：+49-211-456001　Fax：+49-211-4560668
問い合わせ先：㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
ＴＥＬ：03―5210―9951　Fax：03―5210―9959
mdj@messe-dus.co.jp

〈展示品〉

MEDICA 国際医療機器専門見本市＋会議のインフォメーション
MEDICA は1969年以来デュッセルドルフで毎年開催される医療機器を専門に扱った見本市で初回以来発展を続け2002年度の開催では世界71カ国から3,925社の企業の出展と78カ国から135,000人の来場者が記録されています。
MEDICA は最初の開催以来医療分野の市場のニーズをそのまま反映し続け，今や世界第一級の専門見本市としての地位を確立させました。

〈展示分野〉以下の分野に属するものが展示品となります。

電子医療機器　医療機器　ラボ技術　診断技術　薬品　EDP
整形外科技術　消耗品　ディスポ製品　サービス
病院用家具　ランドリー機器　病院用厨房設備　配膳システム
清掃機器　消毒機器　情報処理システム　救急医療



展示会社・住所録

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
アークレイ株式会社	本社	601-8045	京都市南区東九条西明田町57	(075) 672—5311	
アークレイマーケティング株式会社	クリニケーション本部	601-8045	京都市南区東九条西明田町57	(075) 672—6386	(075) 671—8289
	北部ブロック	981-3133	仙台市泉区泉中央1—37—1	(022) 218—4131	(022) 218—4136
	事業所		札幌SSO、盛岡SSO、仙台SSO、新潟SSO		
	東部ブロック	104-0033	中央区新川2—9—9　SHビル2F	(03) 5541—3456	(03) 5541—3455
	事業所		東京SSO、さいたまSSO第一・第二、千葉SSO、横浜SSO		
	中部ブロック	465-0095	名古屋市名東区高社1—248　三陽ドーリエビル4F	(052) 777—1601	(052) 777—1603
	事業所		松本SSO、静岡SSO、名古屋SSO、金沢SSO		
	西部ブロック	601-8046	京都市南区東九条西山町4	(075) 672—5316	(075) 662—8951
	事業所		京都SSO、大阪SSO第一・第二、高松SSO、松山SSO		
	南部ブロック	815-0081	福岡市南区那の川1—4—3　コモハラビル3号	(092) 526—1407	(092) 526—1409
	事業所		岡山SSO、広島SSO、北九州SSO、福岡SSO、熊本SSO、沖縄SSO、鹿児島SSO		
アイエスケー株式会社	本社	113-0034	文京区湯島4—9—12	(03) 3812—0191	(03) 3812—9284
	認可工場	120-0003	足立区東和3—5—4	(03) 3620—1003	(03) 3620—0877
	大阪連絡事務所	574-0062	大東市氷野3—5—12	(072) 872—9484	(072) 872—9484
アイ・エル・ジャパン株式会社	本社	105-0013	港区浜松町2—2—15　浜松町ゼネラルビル	(03) 3437—6350	(03) 3437—6352
アイテック阪神株式会社	本社	553-0001	大阪市福島区海老江1—1—31	(06) 6456—5223	(06) 6456—5252
	鎌倉事業所	247-0056	鎌倉市大船1—26—29　サンビル	(0467) 47—4141	(0467) 46—2685
	東京営業所	136-0076	江東区南砂2—36—7　南砂阪神ビル	(03) 5677—1490	(03) 3615—5066
	神戸営業所	652-0865	神戸市兵庫区小松通5—1—21　片田共同ビル　1F	(078) 682—8571	
株式会社アイディエス	本社	862-0938	熊本市長嶺東8—14—30	(096) 380—4225	(096) 389—2077
	東京事務所	150-0002	渋谷区渋谷1—4—6　ニュー青山ビル701	(03) 5469—9314	(03) 5469—9316
	大阪事務所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1—18—31　新星和新大阪ビル709	(06) 6370—1850	(06) 6370—1851
	広島事務所	733-0003	広島市西区三篠町3—5—1　フローラルミササ101	(082) 230—1444	(082) 230—1445
アジア器材株式会社	本社	194-0022	町田市森野2—27—12	(042) 723—4670	(042) 728—0163
株式会社アズウェル	本社	540-8575	大阪市中央区石町2—2—9	(06) 6941—0308	(06) 6941—4861
	札幌支店	060-0007	札幌市中央区北7条西13—9—1	(011) 281—3000	(011) 281—3250
	仙台支店	984-0046	仙台市若林区二軒茶屋1—6	(022) 295—0631	(022) 295—0635
	東京支店	103-0023	中央区日本橋本町3—6—2	(03) 5695—4144	(03) 5695—4190
	名古屋支店	460-0002	名古屋市中区丸の内2—6—11	(052) 211—4641	(052) 211—4645

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	金沢支店	920-0805	金沢市小金町9—20	(076) 252—1921	(076) 252—2167
	大阪支店	571-0044	門真市松生町4—6	(06) 6909—7645	(06) 6909—4960
	高松支店	761-0101	高松市春日町1706	(0878) 41—3088	(0878) 43—8148
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町11—4	(082) 221—2954	(082) 221—2969
	福岡支店	810-0004	福岡市中央区渡辺通3—10—5	(092) 751—5054	(092) 771—3678
アボット ジャパン株式会社	本社	106-8535	港区六本木1—9—9 六本木ファーストビル	(03) 3589—9441	(03) 3589—9591
	札幌事業所	060-0003	札幌市中央区北3条西1—1—1 札幌パナソニックビル6F	(011) 219—1891	(011) 219—1870
	仙台事業所	980-0014	仙台市宮城野区榴岡4—2—3 仙台MTビル12F	(022) 792—6971	(022) 792—6998
	東京事業所	151-8563	渋谷区千駄ヶ谷5—25—5	(03) 5367—3925	(03) 5367—3926
	名古屋事業所	460-0093	名古屋市名東区一社4—97	(052) 702—3508	(052) 702—3509
	大阪事業所	541-0051	大阪市中央区備後町1—1—6 3F	(06) 6228—8630	(06) 6203—5805
	広島事業所	732-0052	広島市東区光町2—7—8 4F	(082) 568—1925	(082) 261—0691
	福岡事業所	812-0039	福岡市博多区冷泉町5—32 オーシャン博多ビル4F	(092) 291—6651	(092) 291—4693
アロカ株式会社	本社	181-8622	三鷹市牟礼6—22—1	(0422) 45—5111	(0422) 45—7751
	東京支店	113-0034	文京区湯島1—12—4 小宮ビル	(03) 5812—3791	(03) 5812—3793
	埼玉支店	330-0856	さいたま市大宮区三橋4—551—1	(048) 623—2501	(048) 620—1236
	札幌支店	065-0033	札幌市東区北33条東10—5—15	(011) 722—2205	(011) 722—2208
	仙台支店	980-0803	仙台市青葉区国分町3—9—8 田山ビル	(022) 262—7181	(022) 261—5310
	水戸支店	310-0905	水戸市石川2—4249—5	(029) 255—1811	(029) 255—1812
	名古屋支店	468-0051	名古屋市天白区植田3—803	(052) 805—2660	(052) 805—2283
	大阪支店	564-0051	吹田市豊津町41—35	(06) 4861—4888	(06) 4861—4860
	広島支店	733-0035	広島市西区南観音5—9—7	(082) 292—0019	(082) 292—6329
	高松支店	760-0079	高松市松縄町字宮西291	(087) 866—6012	(087) 866—6021
	福岡支店	812-0054	福岡市東区馬出4—3—10	(092) 633—3131	(092) 633—3621
	熊本支店	860-0833	熊本市平成2—4—12	(096) 370—5688	(096) 370—5587
株式会社医学生物学研究所	本社	460-0002	名古屋市中区丸の内3—5—10 住友商事丸の内ビル5F	(052) 971—2081	(052) 971—2337
	札幌営業所	060-0807	札幌市北区北七条西7—1—30 RICH 7・7 BLDG 2F	(011) 717—6547	(011) 717—6546
	東北営業所	960-1242	福島市松川町美郷4—1—1 ㈱ゲノムサイエンス研究所内	(024) 537—2480	(024) 537—2481
	首都圏統轄営業所	173-0004	板橋区板橋2—9—3 日本鋼管工事埼京ビル4F	(03) 5248—2861	(03) 5248—2930
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3—5—10 住友商事丸の内ビル5F	(052) 972—0470	(052) 971—2065

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島３－３－４　SPビル７F	(06) 6305—2039	(06) 6305—6255
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東３－１－４　タカ福岡ビル５F	(092) 481—0530	(092) 481—0537
	伊那研究所	396-0002	伊那市大字手良沢岡字大原1063—103	(0265) 76—1777	(0265) 76—0584
株式会社エイアンドティー	本社	220-0005	横浜市西区南幸２—20—５　東伸24ビル	(045) 317—1252	(045) 317—1280
	札幌オフィス	003-0022	札幌市白石区南郷通13—南３—１	(011) 864—1165	(011) 864—1162
	仙台オフィス	980-0802	仙台市青葉区二日町３—10	(022) 712—3021	(022) 712—3023
	横浜本社オフィス	220-0005	横浜市西区南幸２—20—５　東伸24ビル	(045) 317—1253	(045) 317—1280
	名古屋オフィス	460-0002	名古屋市中区丸の内３—17—６	(052) 961—3661	(052) 961—3662
	大阪オフィス	560-0082	豊中市新千里東町１－４－２　千里ライフセンタービル17F	(06) 4863—7737	(06) 4863—7750
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東１—16—19　博多昭和ビル	(092) 414—4333	(092) 414—4355
栄研化学株式会社	本社	113-8408	文京区本郷１—33—８	(03) 3813—5401	(03) 3818—1207
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西14—３—23　札幌泉ビル	(011) 281—5401	(011) 281—5404
	仙台営業所	980-0011	仙台市青葉区上杉２—３—７　K２小田急ビル７F	(022) 712—2882	(022) 712—2881
	東京第1/2営業所	114-0002	北区王子５—26—20	(03) 3913—6497	(03) 3919—8953
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内３—８—８　小島ビル	(052) 951—3022	(052) 971—1146
	京都営業所	604-0857	京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町280　カーニープレイス京都烏丸ビル	(075) 212—7277	(075) 212—7288
	大阪営業所	541-0052	大阪市中央区安土町３—３—９　田村駒ビル３F	(06) 6264—5312	(06) 6264—5322
	広島営業所	733-0812	広島市西区己斐本町２—12—30　SKビル	(082) 271—5319	(082) 272—1272
	高松営業所	760-0056	高松市中新町12—１　徳寿ビル	(087) 837—7787	(087) 837—2393
	福岡営業所	810-0001	福岡市中央区天神４—２—36　天神栄泉ビル	(092) 751—2227	(092) 711—7085
大塚製薬株式会社	本社	101-8535	千代田区神田司町２—９	(03) 3292—0021	
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社	本社，東京オフィス	101-0065	千代田区西神田３—５—２	(03) 4411—7300	(03) 4411—7711
	北海道オフィス	060—0042	札幌市中央区大通西12—４	(0120) 03—6527	
	東北オフィス	980-0021	仙台市青葉区中央４—10—３	〃	
	大宮オフィス	330-0844	さいたま市大宮区下町２—43—１	〃	
	船橋オフィス	273-0005	船橋市本町１—18—10	〃	
	横浜オフィス	222-0033	横浜市港北区新横浜３—20—12	〃	
	名古屋オフィス	460-0002	名古屋市中区丸の内１—４—12	〃	
	大阪オフィス	532-0003	大阪市淀川区宮原３—５—36	〃	
	広島オフィス	732-0824	広島市南区的場町１—２—18	〃	

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	岡山オフィス	700-0976	岡山市辰巳22—103	〃	
	松山オフィス	790-0003	松山市三番町４—11—６	〃	
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅前東２—14—１	〃	
株式会社オービーシステム	東京本社	140-0004	品川区南品川２—２—13　南品川JNビル	(03) 3471—9878	(03) 3471—9860
	大阪本社	559-0031	大阪市住之江区南港東８—２—19	(06) 6612—8878	(06) 6612—8854
	九州オフィス	812-0054	福岡市東区馬出１—13—８	(092) 643—2338	(092) 643—7288
	上　　海	200001	上海市延安東路500号延福大廈25楼	(021)6360—6235	(021)6360—6219
オリンパス株式会社	東京営業グループ	163-0914	新宿区西新宿２—３—１　新宿モノリス	(03) 3340—2227	(03) 6901—4916
	札　　幌	060-0034	札幌市中央区北４条東１—２—３　札幌フコク生命ビル	(011) 222—2551	(011) 222—2587
	仙　　台	981-0911	仙台市青葉区台原２—10—32　KSビル２F	(022) 274—3121	(022) 218—9179
	大　　宮	330-0038	さいたま市北区宮原町２—16—14　新正ビル	(048) 665—5396	(048) 665—5332
	名古屋	460-0003	名古屋市中区錦２—19—21　ユース平八堂ビル	(052) 201—4868	(052) 201—8581
	金　　沢	920-0024	金沢市西念１—１—３　コンフィデンス金沢８F	(076) 222—3434	(076) 262—2318
	大　　阪	542-0081	大阪市中央区南船場２—12—26　オリンパス大阪センター	(06) 6252—6697	(06) 6251—0094
	福　　岡	810-0029	福岡市博多区古門戸町２—４　KSコモンドビル	(092) 262—1235	(092) 281—8708
オルガノ株式会社	本社(機器事業部)	136-8631	江東区新砂１—２—８	(03) 5635—5191	(03) 3699—7220
	札幌支店	060-0907	札幌市東区北７条東５—８—37	(011) 704—1132	(011) 751—2622
	仙台支店	980-0811	仙台市青葉区一番町４—１—１	(022) 261—6801	(022) 264—3035
	名古屋支店	450-0006	名古屋市中区葵１—27—29	(052) 939—0781	(052) 931—1666
	大阪支店	564-0053	吹田市江の木町１—６	(06) 6193—7605	(06) 6192—8552
	広島支店	730-0011	広島市中区基町12—３	(082) 228—9977	(082) 228—2811
	福岡支店	810-0012	福岡市中央区白金１—４—２	(092) 526—7833	(092) 526—7922
株式会社カイノス	本　　社	113-0033	文京区本郷２—38—18	(03) 3816—4485	(03) 3816—6517
	札幌営業所	060-0809	札幌市北区北９条西３—10	(011) 737—5290	(011) 737—5292
	仙台営業所	982-0012	仙台市太白区長町南３—３—43	(022) 249—5527	(022) 249—7544
	東京営業所	113-0033	文京区本郷２—38—18	(03) 3816—4481	(03) 3816—4110
	名古屋営業所	464-0802	名古屋市千種区星ヶ丘元町14—70	(052) 783—1364	(052) 783—1365
	大阪営業所	533-0031	大阪市東淀川区西淡路１—１—32	(06) 6370—1131	(06) 6370—7710
	広島営業所	739-0263	東広島市志和流通１—85	(082) 224—1480	(082) 224—1481
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東１—14—34	(092) 441—6996	(092) 441—6997

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
協和メデックス株式会社	本社	104-6004	中央区晴海1－8－10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX 4F	(03) 6219—7600	(03) 6219—7614
	東京支店	104-6004	中央区晴海1－8－10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX 4F	(03) 6219—7611	(03) 6219—7615
	大阪支店	530-8280	大阪市北区梅田1－8－17 大阪第一生命ビル7F	(06) 6346—4821	(06) 6346—4826
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西7－1 千代田生命札幌大通ビル	(011) 261—5455	(011) 261—5457
	仙台営業所	980-0822	仙台市青葉区立町27—21 仙台橋本ビルヂング	(022) 213—3821	(022) 213—3829
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3—21—25 清風ビル	(052) 962—7370	(052) 953—6010
	広島営業所	732-0827	広島市南区稲荷町2—16 広島稲荷町第一生命ビル	(082) 261—9880	(082) 261—9882
	九州営業所	812-8663	福岡市博多区博多駅前2—2—1 福岡センタービル	(092) 474—5222	(092) 452—3369
	横浜出張所	220-0004	横浜市西区北幸2—8—4 横浜西口KNビル	(045) 324—2591	(045) 324—2597
	四国営業所	790-0001	松山市一番町3—2—11 松山第一生命ビル	(089) 941—8807	(089) 941—8905
極東製薬工業株式会社	本社	103-0024	中央区日本橋小舟町7—8	(03) 5645—5663	(03) 5645—5704
	札幌営業所	064-0809	札幌市中央区南9条西20—2—24	(011) 532—2551	(011) 520—1380
	仙台営業所	984-0002	仙台市若林区卸町東1—2—9	(022) 238—8721	(022) 238—8702
	東京営業所	103-0013	中央区日本橋小舟町7—8	(03) 5645—5701	(03) 5645—5707
	名古屋営業所	465-0087	名古屋市名東区名東本通2—32	(052) 789—0666	(052) 789—0668
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島2—14—6	(06) 304—5446	(06) 304—4992
	広島営業所	732-0807	広島市南区荒神町1—2	(082) 262—5446	(082) 262—5447
	高知営業所	780-0870	高知市本町4—2—52	(0888) 25—3031	(0888) 23—4501
	福岡営業所	813-0034	福岡市東区多の津4—12—11	(092) 621—2345	(092) 621—2341
久保田商事株式会社	本社	113-0033	文京区本郷3—29—9	(03) 3815—1331	(03) 3814—2574
	札幌営業所	001-0032	札幌市北区北32条西2—3—12	(011) 758—3920	(011) 758—3921
	仙台営業所	980-0004	仙台市青葉区宮町4—5—43	(022) 223—4927	(022) 223—4926
	つくば営業所	305-0033	つくば市東新井26—17	(029) 856—3211	(029) 856—5811
	新潟営業所	950-0982	新潟市堀之内南2—8—16	(025) 241—8407	(025) 241—8408
	名古屋営業所	464-0850	名古屋市千種区今池1—25—5	(052) 741—1871	(052) 741—1873
	大阪営業所	540-0013	大阪市中央区内久宝寺町4—2—17	(06) 6762—8471	(06) 6762—8473
	広島営業所	730-0049	広島市中区南竹屋町2—12	(082) 243—6514	(082) 243—6528
	四国営業所	799-3203	伊予郡双海町大字上灘甲6466—2	(089) 986—5018	(089) 986—5019
	福岡営業所	812-0061	福岡市東区筥松1—6—11	(092) 621—1161	(092) 621—1162
CLINICA Corporation	Fallbrook		1432 South Mission Road Fallbrook, California 92028	(800) 728—5205	(760) 728—2902

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	San Marcos		774 North Twin Oaks Valley Road, Suite C San Marcos, California 92069	(760) 744—1900	(760) 941—9593
	㈱ペリタス	105-0001	港区虎ノ門2－7－14　八洲ビル	(03) 3593—3211	(03) 3593—3216
興和㈱電機光学事業部	本社, 名古屋支店	460-8625	名古屋市中区錦3－6－29	(052) 963—3296	(052) 963—3297
	東京支店	103-8433	中央区日本橋本町3－4－14	(03) 3279—7514	(03) 3279—7541
	大阪支店	541-8511	大阪市中央区淡路町2－3－5	(06) 6204—6182	(06) 6204—6188
	仙台営業所	980-0801	仙台市青葉区木町通1－1－26	(022) 267—1784	(022) 211—6969
	広島営業所	730-0014	広島市中区上幟町8－20	(082) 502—8571	(082) 502—8570
	福岡営業所	812-0025	福岡市博多区店屋町4－15	(092) 271—2663	(092) 282—0392
株式会社コスモテック	本　　社	101-0032	千代田区岩本町1－3－9	(03) 5687—5787	(03) 5687—5980
小林記録紙株式会社	本　　社	448-8656	刈谷市小垣江町北高根115	(0566) 26—5310	(0566) 26—5308
	医療事業部	460-0003	名古屋市中区錦1－17—13	(052) 222—3121	(052) 222—7135
三光純薬株式会社	本　　社	101-0032	千代田区岩本町1－10－6	(03) 3863—3271	(03) 3864—5644
塩野義製薬株式会社	本　　社	541-0045	大阪市中央区道修町3－1－8	(06) 6202—2161	(06) 6222—1702
	東京支店	150-0002	渋谷区渋谷2－17－5　シオノギ渋谷ビル	(03) 3406—8111	(03) 5467—3405
	診断薬部	566-0022	摂津市三島2－5－1　摂津工場508工場4F	(06) 6381—7343	(06) 6381—4281
株式会社システムバイオティックス	本　　社	230-0046	横浜市鶴見区小野町75－1　リーディングベンチャープラザ5F	(045) 508—2601	(045) 508—2602
シスメックス株式会社	本　　社	651-0073	神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1	(078) 265—0500	(078) 265—0524
	仙台支店	981-3133	仙台市泉区泉中央1－23－4　ノースファンシービル2F	(022) 375—7751	(022) 375—8603
	北関東支店	330-0843	さいたま市大宮区吉敷町4－261－1　キャピタルビル7F	(048) 600—3888	(048) 601—2272
	東京支店	113-0033	文京区本郷1－24－1　本郷MFビル5F	(03) 3814—5046	(03) 3815—0936
	名古屋支店	465-0092	名古屋市名東区社台3－85－1	(052) 775—8101	(052) 775—5217
	大阪支店	564-0063	吹田市江の木町17－1　江坂全日空ビル5F	(06) 6337—8300	(06) 6337—8200
	広島支店	730-0036	広島市中区袋町3－17　シシンヨービル5F	(082) 248—9070	(082) 248—9075
	福岡支店	812-0016	福岡市博多区博多駅南4－9－24	(092) 411—4314	(092) 474—3862
株式会社常光	本　　社	113-0033	文京区本郷3－19－4	(03) 3815—1717	(03) 3815—1759
	東京技術研究所	213-8588	川崎市高津区宇奈根731－1	(044) 811—9211	(044) 811—9209
	札幌支店	060-0807	札幌市北区北7条西2	(011) 736—1311	(011) 716—4701
	名古屋支店	460-0012	名古屋市中区千代田5－8－30	(052) 251—3878	(052) 251—3879
	大阪支店	567-0811	茨木市上泉町9－37	(0726) 24—4411	(0726) 24—4477
	福岡支店	812-0029	福岡市博多区古門戸3－12	(092) 281—5757	(092) 281—5760

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	仙台営業所	983-0045	仙台市宮城野区宮城野１―26―21	(022) 292―7170	(022) 292―7305
	新潟営業所	950-0836	新潟市東中野山３―５―15	(025) 277―3811	(025) 277―0522
	静岡営業所	439-0037	小笠郡菊川町西方154	(0537) 36―1126	(0537) 36―2169
	広島営業所	734-0022	広島市南区東雲２―２―14―104	(082) 508―0852	(082) 508―0851
SINNOWA MEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.			QILIN INDUSTRIAL PARK, EASTERN SUBURB, NANJING, CHINA	+86―25―84127928	+86―25―84127199
スウェーデンダイアグノスティックス株式会社	東京本社	163-1431	新宿区西新宿３―20―２　東京オペラシティタワー31Ｆ	(03) 5635―8338	(03) 5365―8336
	大阪営業所	532-0004	大阪市淀川区西宮原１―８―29　テラサキ第２ビル２Ｆ	(06) 6350―2242	(06) 6350―2197
	福岡営業所	812-0038	福岡市博多区祇園町１―１　博多祇園ビル７Ｆ	(092) 282―6721	(092) 282―6733
	ロジスティックスセンター	315-0003	石岡市谷向町16―６	(0299) 27―8051	(0299) 27―8054
住友製薬バイオメディカル株式会社	本　　社	541-0044	大阪市中央区伏見町２―１―１	(06) 6229―5645	(06) 6228―6070
	東京支店	104-0031	中央区京橋１―12―２	(03) 5159―2550	(03) 5159―2947
積水化学工業株式会社	東京本社	105-8450	港区虎ノ門２―３―17　虎ノ門２丁目タワー	(03) 5521―0615	(03) 5521―0617
	東日本メディカル営業所	105-8450	港区虎ノ門２―３―17　虎ノ門２丁目タワー	(03) 5521―0667	(03) 5521―0668
	西日本メディカル営業所	530-8565	大阪市北区西天満２―４―４　堂島関電ビル	(06) 6365―4156	(06) 6365―4353
株式会社セントラル科学貿易	東京本社	111-0052	台東区柳橋１―８―１	(03) 5820―1500	(03) 5820―1515
	札幌出張所	001-0911	札幌市北区新琴似11条13―９―３	(011) 764―3611	(011) 764―3612
	大阪支店	533-0031	大阪市東淀川区西淡路１―１―36	(06) 6325―3171	(06) 6325―5180
	福岡営業所	812-0016	福岡市博多区博多駅南１―２―15	(092) 482―4000	(092) 482―3797
第一化学薬品株式会社	本　　社	103-0027	中央区日本橋３―13―５	(03) 3272―0681	(03) 3281―0510
	首都圏第一営業所	103-0004	中央区東日本橋２―８―３	(03) 3851―6161	(03) 3851―7729
	首都圏第二営業所	103-0004	中央区東日本橋２―８―３	(03) 3851―6161	(03) 3851―7729
	東日本営業所	103-0004	中央区東日本橋２―８―３	(03) 3851―6161	(03) 3851―7729
	西日本第一営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原３―３―31	(06) 6350―6581	(06) 6350―6582
	西日本第二営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原３―３―31	(06) 6350―6581	(06) 6350―6582
	九州営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東2―10―１	(092) 451―0511	(092) 474―4136
	北海道営業所	060-0005	札幌市中央区北五条西６―２―２	(011) 272―7288	(011) 822―2489
	中部営業所	460-0011	名古屋市中区大須４―１―65	(052) 238―0211	(052) 238―4300
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町３―５―21	(022) 263―8560	(022) 263―8560
	中国営業所	732-0052	広島市東区光町１―10―19	(082) 261―7862	(082) 261―7863
株式会社第一器業	本　　社	114-0024	北区西ヶ原３―25―１	(03) 3918―5496	(03) 3917―6062

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	中央研究所	300-3261	つくば市花畑１―15―19	(029) 864―4311	(029) 877―1262
大扇産業株式会社	本　　社	534-0021	大阪市都島区都島本通１―15―17	(06) 6928―7441	(06) 6928―7445
	東京支店	170-0005	豊島区南大塚３―47―１　オーエスビル６F	(03) 3985―3466	(03) 3985―3477
	摂津流通センター	566-0035	摂津市鶴野３―７―14	(0726) 32―3666	(0726) 32―0338
	〈グループ企業〉				
	富山大扇工業㈱	930-0401	中新川郡上市町広野新269	(0764) 74―0336	(0764) 73―0338
	上海大扇塑料包装有限公司		上海市青浦县华新鎮周浜村		
ダコ・サイトメーション株式会社	本　　社	600-8493	京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル	(075) 211―3655	(075) 211―1755
	東京営業所	112-0004	文京区後楽２―５―１　住友不動産飯田橋ファーストビル	(03) 5802―2580	(03) 5802―2581
茶谷産業株式会社	大阪本社	541-0052	大阪市中央区安土町１―18―15　野村不動産大阪ビル	(06) 6271―5657	(06) 6271―5365
	東京営業所	107-0051	港区元赤坂１―６―６　第２安全ビル	(03) 3478―6121	(03) 3478―5323
デイドベーリング株式会社	本　　社	104-0033	中央区新川１―３―17　新川三幸ビル	(03) 3537―3900	(03) 3537―3901
	札幌支店	060-0004	札幌市中央区北四条西12―１―８　日宝北４条ビル６F	(011) 251―5035	(011) 251―5135
	仙台支店	980-0811	仙台市青葉区一番町１―５―16　SEビル３F	(022) 722―7356	(022) 722―7357
	東京支店	104-0033	中央区新川１―３―17　新川三幸ビル	(03) 3537―3924	(03) 3537―3921
	名古屋支店	460-0002	名古屋市中区丸の内２―14―４　エグゼ丸の内３F	(052) 211―2755	(052) 211―2766
	大阪支店	564-0063	吹田市江坂町１―14―33　大町ビル１F	(06) 6378―2801	(06) 6378―2805
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前３―７―35　博多ハイテックビル７F	(092) 412―1100	(092) 412―1105
テカンジャパン株式会社	本　　社	183-0023	府中市宮町１―40	(042) 334―8855	(042) 334―0401
	大阪オフィス	532-0011	大阪市淀川区西中島５―５―15　新大阪セントラルタワー	(06) 6305―8511	(06) 6305―3167
株式会社テクノメディカ	本　　社	224-0041	横浜市都筑区仲町台５―５―１	(045) 948―1961	(045) 948―1962
	名古屋支店	464-0850	名古屋市千種区今池４―４―９	(052) 741―1516	(052) 741―1517
	大阪支店	564-0062	吹田市垂水町１―28―６―501	(06) 6337―3432	(06) 6337―3482
	福岡支店	812-0015	福岡市博多区山王１―11―35	(092) 483―7333	(092) 483―7334
	札幌営業所	060-0063	札幌市中央区３条西12―325―２―305	(011) 271―3770	(011) 271―3760
	仙台営業所	984-0032	仙台市若林区荒井字堀添65―１	(022) 287―3771	(022) 287―3772
	甲信越営業所	380-0838	長野市県町460―２―102	(026) 238―7715	(026) 238―7716
	北関東営業所	330-0841	さいたま市大宮区東町２―292	(048) 650―8191	(048) 650―8192
	金沢出張所	920-0342	金沢市畝田町西２―91	(076) 266―8105	(076) 266―8108
	松山出張所	791-8055	松山市清住２―1100―６	(089) 911―6331	(089) 911―6332

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	広島営業所	731-0122	広島市安佐南区中筋２－３－４－101	(082) 830—5103	(082) 830—5104
デンカ生研株式会社	本社	103-0025	中央区日本橋茅場町３－４－２　秀和第一茅場町ビル	(03) 3669—9091	(03) 3664—1005
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西18－１－27	(011) 615—2866	(011) 615—2867
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町１－13—24	(022) 264—1138	(022) 268—6084
	新潟営業所	950-0965	新潟市新光町17	(025) 285—8641	(025) 285—9872
	名古屋営業所	464-0026	名古屋市千種区井上町49－１	(052) 788—3981	(052) 788—3985
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島４－７－18	(06) 6307—7061	(06) 6307—7091
	福岡営業所	812-0012	福岡市博多区博多駅中央街８－20	(092) 414—7071	(092) 414—7073
東京航空計器株式会社	本社及び工場	201-8555	狛江市和泉本町１－35－１	(03) 3489—1130	(03) 3489—1182
	羽田事業部	144-0041	大田区羽田空港１－８－２	(03) 3747—7671	(03) 3747—0374
	名古屋営業所	460-0008	名古屋市中区栄１－11－３　白川アカデミービル	(052) 203—1801	(052) 203—1824
東京貿易株式会社	本社	104-8510	中央区八丁堀２－13－８	(03) 3555—7353	(03) 3555—7271
	東北営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町２－８－18　仙台中央ビル４Ｆ	(022) 264—9550	(022) 264—9560
	大阪営業所	541-0057	大阪市中央区北久宝寺町４－４－２　フットワーク住友生命ビル	(06) 4963—9397	(06) 4963—9398
	九州営業所	813-0034	福岡市東区多の津１－14－１　FRC ビル４Ｆ	(092) 623—1689	(092) 623—1789
東芝メディカルシステムズ株式会社	本社	324-8550	大田原市下石上1385	(0287) 26—6211	(0287) 26—6050
	東京本社	113-8456	文京区本郷３－26－５	(03) 3818—2061	(03) 3814—6170
	北海道支社	065-0042	札幌市東区本町２条２－３－６	(011) 785—3131	(011) 785—1104
	東北支社	989-3204	仙台市青葉区南吉成２－17－２	(022) 279—3510	(022) 279—5701
	関東支社	331-8701	さいたま市北区土呂町１－45－10	(048) 651—9211	(048) 651—8274
	千葉支店	261-7124	千葉市美浜区中瀬２－６　WBG マリブイースト	(043) 274—3151	(043) 274—3162
	東京支社	104-0031	中央区京橋１－19－８　大野ビル	(03) 3562—0211	(03) 3564—2860
	神奈川支社	220-6214	横浜市西区みなとみらい２－３－５　クイーンズタワーＣ	(045) 682—3300	(045) 682—3307
	静岡支店	420-0858	静岡市伝馬町22－８　三井生命静岡ビル	(054) 254—4431	(054) 253—5756
	中部支社	450-0003	名古屋市中村区名駅南１－４－12　ガーデンビル	(052) 581—9310	(052) 582—7615
	関西支社	530-0054	大阪市北区南森町２－１－29　三井住友銀行南森町ビル	(06) 6362—3990	(06) 6365—6424
	兵庫支店	650-0044	神戸市中央区東川崎町１－８－１　プロメナ神戸	(078) 367—8954	(078) 371—0515
	中国支社	730-0031	広島市中区紙屋町１－２－22　第一広電ビル	(082) 248—2421	(082) 247—5951
	四国支店	760-0023	高松市寿町１－３－２　高松第一生命ビル	(087) 851—3786	(087) 822—5685
	九州支社	816-0864	春日市須玖北２－８	(092) 575—2711	(092) 575—2705

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
東ソー株式会社	東京本社	105-8623	港区芝3－8－2	(03) 5427—5181	(03) 5427—5520
	仙台支店	980-0811	仙台市青葉区一番町2－4－1	(022) 266—2341	(022) 267—5745
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦1—17—13	(052) 211—5730	(052) 211—5740
	大阪支店	530-0004	大阪市北区堂島浜1－2－6	(06) 6344—3857	(06) 6344—4186
	福岡支店	810-0001	福岡市中央区天神1—13—2	(092) 781—0481	(092) 751—7015
	山口営業所	746-8501	新南陽市開成町4560	(0834) 63—9888	(0834) 63—6627
	カスタマーサポートセンター	252-1123	綾瀬市早川2743—1	(0467) 76—5384	(0467) 79—2550
東洋器材科学株式会社	本社	335-0003	蕨市南町4－7—10	(048) 447—3381	(048) 431—4685
東洋紡績株式会社	本社	530-8230	大阪市北区堂島浜2－2－8	(06) 6348—3335	(06) 6348—3833
	支社	103-8530	中央区日本橋小網町17—9	(03) 3660—4800	(03) 3660—4951
長瀬産業株式会社	東京本社	103-8355	中央区日本橋小舟町5－1	(03) 3665—3174	(03) 3665—3723
	大阪本社	550-8668	大阪市西区新町1－1—17	(06) 6535—2612	(06) 6535—2470
	名古屋支店	460-8560	名古屋市中区丸の内3—14—18	(052) 963—5648	(052) 963—5639
株式会社ニチリョー	本社	101-0032	千代田区岩本町2－4—10　共同ビル	(03) 5820—2411	(03) 5820—2410
	工場	343-0822	越谷市西方2760—1	(048) 989—1301	(048) 989—1333
	西日本営業所	630-8213	奈良市登大路町11—1　登大路プラッツ3F	(0742) 25—0808	(0742) 25—0878
日水製薬株式会社	本社	110-8736	台東区上野3—23—9	(03) 5846—5611	(03) 5846—5619
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西10—4	(011) 242—8566	(011) 242—8570
	仙台営業所	981-0933	仙台市青葉区柏木1－2—45　フォレスト仙台6F	(022) 717—3401	(022) 717—3410
	東京営業所	110-8736	台東区上野3—23—9	(03) 5846—5708	(03) 5846—5676
	名古屋営業所	460-0024	名古屋市中区正木4－8－7	(052) 682—2818	(052) 681—7536
	大阪営業所	550-0003	大阪市西区京町堀2—12—19	(06) 6449—1500	(06) 6449—1505
	広島営業所	730-0811	広島市中区中島町9－1	(082) 243—2235	(082) 241—4715
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多東2－5—37	(092) 475—7511	(092) 475—7666
ニットーボーメディカル株式会社	東京本社	102-0073	千代田区九段北4－1—28	(03) 3238—4540	(03) 3238—4590
	大阪支店	541-0043	大阪市中央区高麗橋4－3—10	(06) 6208—4957	(06) 6208—4976
	札幌営業所	003-0027	札幌市白石区本通り7—北1—33	(011) 866—7001	(011) 866—7012
	仙台営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町1－3－1	(022) 266—8956	(022) 266—8998
	名古屋営業所	460-0003	名古屋市中区錦1—17—13	(052) 231—5138	(052) 231—0158
	広島営業所	730-0029	広島市中区三川町2—11	(082) 241—8245	(082) 541—8245

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	福岡営業所	812-0025	福岡市博多区店屋町８―30	(092) 281―1171	(092) 281―1161
ニップンテクノクラスタ株式会社	本社	169-0075	新宿区高田馬場１―30―５　千寿ビル４Ｆ	(03) 5287―6761	(03) 5287―6765
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島３―23―16　セントランドビル５―Ｃ	(06) 6886―6440	(06) 6886―6450
ニプロ株式会社	本社	531-8510	大阪市北区本庄西３―９―３	(06) 6373―3155	(06) 6374―0697
	札幌支店	060-0009	札幌市中央区北９条西19―35	(011) 631―7311	(011) 631―7314
	盛岡営業所	020-0122	盛岡市みたけ５―20―44	(019) 641―8999	(019) 641―8998
	秋田営業所	010-0877	秋田市山王２―１―40　田口ビル５Ｆ	(018) 834―3851	(018) 831―2691
	仙台支店	980-0802	仙台市青葉区二日町８―６　二日町島田ビル４Ｆ	(022) 268―7756	(022) 268―7743
	福島営業所	963-8861	郡山市鶴見坦１―６―36　鶴見坦橋本地所ビル101	(024) 931―8999	(024) 922―7457
	新潟支店	950-0915	新潟市鐙西２―29―15　ピュアコートベル２Ｆ	(025) 248―7518	(025) 248―7506
	関東北支店	331-0815	さいたま市北区大成町４―421―２	(048) 666―3721	(048) 666―3772
	茨城営業所	310-0842	水戸市けやき台３―６―１　スカイヒルズ202号	(029) 304―1177	(029) 246―0068
	関東東支店	261-0005	千葉市美浜区稲毛海岸３―１　フラワーヒル稲毛２Ｆ	(043) 242―2821	(043) 248―7797
	東京第一・第二支店	113-0033	文京区本郷４―３―４　ニプロビル２Ｆ	(03) 3818―0425	(03) 3818―0469
	横浜支店	221-0052	横浜市神奈川区栄町１―１　アーバンスクエア横浜11Ｆ	(045) 441―3222	(045) 441―3256
	西東京支店	190-0022	立川市錦町２―７―10　西野ビル１Ｆ	(042) 521―1471	(042) 521―1476
	長野営業所	390-0871	松本市桐３―２―45　山本ビル２Ｆ―１	(0263) 36―0522	(0263) 36―5212
	静岡支店	422-8051	静岡市中野新田305―１　東名第一ビル３Ｆ	(054) 283―6413	(054) 283―8794
	名古屋支店	465-0024	名古屋市名東区本郷２―91　高柳本郷ビル	(052) 777―1010	(052) 777―1015
	北陸営業所	921-8005	金沢市間明町２―273　中元ビル２Ｆ	(076) 292―0245	(076) 292―0216
	京都支店	606-8204	京都市左京区田中下柳町36	(075) 752―0820	(075) 752―0824
	関西第一・第二支店	531-0072	大阪市北区豊崎３―３―13	(06) 6373―0555	(06) 6373―0385
	神戸支店	650-0015	神戸市中央区多聞通４―１―３　ナカヤマビル７Ｆ	(078) 361―7585	(078) 361―7587
	岡山支店	700-0951	岡山市田中128―106	(086) 243―7591	(086) 244―0932
	広島支店	731-0135	広島市安佐南区長束３―45―３	(082) 238―8307	(082) 238―8631
	四国支店	761-8013	高松市香西東町304―１　新栄ビル	(087) 882―2828	(087) 882―7729
	福岡支店	816-0935	大野城市錦町２―２―12	(092) 574―3731	(092) 574―1748
	熊本営業所	862-0913	熊本市尾ノ上１―12―３　ファインパレス尾ノ上103	(096) 331―7330	(096) 331―7335
	鹿児島営業所	890-0046	鹿児島市西田２―28―９　アスカII１Ｆ	(099) 258―2775	(099) 255―6303
日本ケミファ株式会社	本社	101-8678	千代田区岩本町２―２―３	(03) 3851―2974	(03) 3862―2645

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	東日本地区	101-8678	〃	〃	〃
	新潟地区	950-0964	新潟市網川原1―15―23	(025) 281―4890	(025) 281―4885
	中部地区	460-0022	名古屋市中区金山5―15―9	(052) 882―5310	(052) 882―5323
	近畿地区	550-0002	大阪市西区江戸堀1―26―20	(06) 6448―1863	(06) 6448―1866
	中国・四国地区	730-0856	広島市中区河原町1―26	(082) 296―4825	(082) 296―4755
	九州地区	812-0018	福岡市博多区住吉3―1―80	(092) 272―4711	(092) 291―1929
株式会社日本抗体研究所	本　　社	370-0021	高崎市西横手町351―1	(027) 353―1411	(027) 353―1770
	東京事務所	151-0063	渋谷区富ケ谷1―1―1　京王代々木ビル	(03) 3469―9351	(03) 3469―9352
日本光電工業株式会社	本　　社	161-8560	新宿区西落合1―31―4	(03) 5996―8000	(03) 5996―8085
	販社、営業所		全国10販社、約120営業所		
日本シエーリング株式会社	本　　社	532-0004	大阪市淀川区西宮原2―6―64	(06) 6396―2300	
	東京支社	140-0002	品川区東品川2―2―24　天王洲セントラルタワー18・19F	(03) 5715―8001	(03) 5715―8085
日本電子株式会社	本　　社	196-8558	昭島市武蔵野3―1―2	(042) 543―1111	(042) 546―3353
	東京支店	190-0012	立川市曙町2―8―3　新鈴春ビル6F	(042) 528―3341	(042) 528―3439
	札幌支店	060-0809	札幌市北区北9条西3―19　ノルテプラザ5F	(011) 726―9680	(011) 717―7305
	仙台支店	980-0021	仙台市青葉区中央2―2―1　仙台三菱ビル	(022) 222―3324	(022) 265―0202
	筑波支店	305-0033	つくば市東新井18―1	(029) 856―3220	(029) 856―1639
	横浜支店	222-0033	横浜市港北区新横浜3―6―4　新横浜千歳観光ビル	(045) 474―2181	(045) 474―2180
	名古屋支店	450-0001	名古屋市中村区那古野1―47―1　名古屋国際センタービル	(052) 581―1406	(052) 581―2887
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島5―14―5　新大阪INビル	(06) 6304―3941	(06) 6304―7377
	広島支店	730-0015	広島市中区橋本町10―6　西日本銀行三井住友海上共同ビル	(082) 221―2500	(082) 221―3611
	高松支店	760-0023	高松市寿町1―1―12　高松東京生命館	(087) 821―8487	(087) 822―0709
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前2―1―1　福岡朝日ビル	(092) 411―2381	(092) 473―1649
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社	東京本社	116-0014	荒川区東日暮里5―7―18　コスモパークビル	(03) 5811―6290	(03) 5811―6282
	大阪営業所	532-0025	大阪市淀川区新北野1―14―11　大阪新北野第一生命ビル	(06) 6309―5860	(06) 6308―3064
日本ビオメリュー株式会社	本　　社	107-0061	港区北青山2―12―28　青山ビル	(03) 5411―8711	(03) 5411―8710
	札幌オフィス	060-0062	札幌市中央区南2条西7―6―2　日宝南2条ビル3F	(011) 281―0408	(011) 281―0402
	仙台オフィス	980-0811	仙台市青葉区一番町1―4―30　さのやビル8F	(022) 221―9784	(022) 221―9763
	東京オフィス	107-0061	港区北青山2―12―28　青山ビル	(03) 5411―8751	(03) 5411―8750
	名古屋オフィス	464-0851	名古屋市千種区今池南29―10　川島第2ビル　203号室	(052) 735―5711	(052) 735―5762

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	大阪オフィス	531-0074	大阪市北区本庄東１－１－10　RISE88　８Ｆ	(06) 6292—8680	(06) 6292—8686
	福岡オフィス	812-0011	福岡市博多区博多駅前３－９－１　大賀博多駅前ビル５Ｆ	(092) 412—7060	(092) 412—7061
日本ポール株式会社	本　　社	163-6017	新宿区西新宿６－８－１	(03) 3495—8310	(03) 3495—8366
日本ミリポア株式会社	本　　社	108-0073	港区三田１－４－28　三田国際ビル	(03) 5442—9789	(03) 5442—9736
ニューコン株式会社	本　　社	116-0014	荒川区東日暮里５－41－12	(03) 3805—2584	(03) 3805—2508
ノートウェア株式会社	本　　社	105-0012	港区芝大門２－12－９	(03) 5472—8790	(03) 5472—8796
	西日本事業所	700-0902	岡山市錦町１－１	(086) 234—6045	(086) 234—6068
バイエルメディカル株式会社	本　　社	150-0013	渋谷区恵比寿１－19－15　ウノサワ東急ビル	(03) 3440—2411	(03) 3440—2426
	札幌支店	003-0027	札幌市白石区本通20－北１－72	(011) 846—3255	(011) 846—3155
	盛岡営業所	020-0866	盛岡市本宮２－32－16　オフィスタイラＡ	(019) 635—2651	(019) 635—2825
	仙台支店	982-0014	仙台市太白区大野田字観音堂66－1　第三横山ハイツ	(022) 304—1468	(022) 246—0118
	東京第一支店	150-0013	渋谷区恵比寿１－19－15　ウノサワ東急ビル	(03) 5475—0441	(03) 5475—0421
	東京第二支店	330-0064	さいたま市浦和区岸町７－５－21　プリミエコート岸町ビル	(048) 825—9711	(048) 825—9725
	長野営業所	380-0921	長野市栗田1005　大成コートワンビル	(026) 224—9901	(026) 224—9484
	金沢営業所	920-0022	金沢市北安江１－８－３　アリックスビル	(076) 260—0311	(076) 260—0310
	名古屋支店	465-0024	名古屋市名東区本郷２－218	(052) 778—6501	(052) 778—6506
	大阪支店	564-0062	吹田市垂水町３－18－９　ユーコービル	(06) 6380—0333	(06) 6380—0368
	広島支店	733-0035	広島市西区南観音３－５－２　空港通りビル	(082) 295—8211	(082) 295—8453
	高松営業所	760-0017	高松市番町２－17－15　第２讃機ビル	(087) 851—5430	(087) 851—8362
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前３－10－24　藤井ビル	(092) 474—3640	(092) 474—3665
バイオテック株式会社	本　　社	113-0034	文京区湯島２－29－４　古沢ビル	(03) 3816—6931	(03) 3818—4554
	大阪営業所	533-0034	大阪市東淀川区東中島１－６－14　第２日大ビル1001号	(06) 6379—1555	(06) 6379—1565
株式会社ビー・エム・エル	本　　社	151-0051	渋谷区千駄ヶ谷５－21－３	(03) 3350—0111	(03) 3350—1180
	札幌営業所	004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク２－６－12	(011) 807—6575	(011) 807—6583
	仙台営業所	984-0015	仙台市若林区卸町５－２－10	(022) 236—4611	(022) 236—4612
	富山営業所	939-2708	婦負郡婦中町島本郷47－２	(076) 422—1391	(076) 422—7530
	埼玉営業所	350-1101	川越市的場1361－1	(049) 232—0205	(049) 232—0112
	名古屋営業所	461-0001	名古屋市東区泉１－８－33	(052) 950—5050	(052) 951—4141
	大阪営業所	567-0034	茨木市中穂積３－15－24	(072) 621—8811	(072) 621—8817
	広島営業所	733-0036	広島市西区観音新町１－２－21	(082) 234—7366	(082) 234—7367

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	松山営業所	790-0046	松山市余戸西６－１－４	(089) 965—0105	(089) 965—0288
	福岡営業所	812-0062	福岡市東区松島１—44—12	(092) 621—9991	(092) 621—9995
株式会社 日立ハイテクノロジーズ	本　　社	105-8717	港区西新橋１—24—14	(03) 3504—5841	(03) 3504—7754
	北海道支店	060-0005	札幌市中央区北５条西５－２　住友生命札幌ビル	(011) 221—7241	(011) 271—1327
	東北支店	980-0021	仙台市青葉区中央３－２－１　青葉通プラザ	(022) 264—3211	(022) 267—6453
	中部支店	450-0002	名古屋市中村区名駅４－６－18　名古屋ビル	(052) 583—5791	(052) 583—5800
	関西支店	532-0003	大阪市淀川区宮原３－３－31　上村ニッセイビル	(06) 4807—2571	(06) 4807—2559
	中国支店	730-0011	広島市中区基町11—13　第一生命ビル	(082) 221—4514	(082) 221—4513
	九州支店	810-0001	福岡市中央区天神２—12—１　天神ビル	(092) 721—3502	(092) 721—3518
	四国営業所	760-0017	高松市番町１－１－５　日本生命高松ビル７Ｆ	(087) 825—9977	(087) 823—1550
フィンガルリンク株式会社	本　　社	130-0005	墨田区東駒形２—13—13	(03) 3625—6543	(03) 3625—6546
	札幌営業所	065-0024	札幌市東区北24条東２－４—10	(011) 711—7813	(011) 711—7816
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原３－３—11　新大阪プラザビル310	(06) 6150—3939	(06) 6150—3940
	盛岡開発センター	020-0033	盛岡市盛岡駅前北通５－６　MDI ビル	(019) 626—6543	(019) 626—6545
フクダ電子株式会社	本　　社	113-8483	文京区本郷３—39—４	(03) 3815—2121	
富士工業株式会社	本　　社	113-0034	文京区湯島４－１—14	(03) 3814—3621	(03) 3814—3625
株式会社富士テクノサプライ	本　　社	359-1145	所沢市山口1146—4	(042) 903—1811	(042) 903—1810
富士フイルムメディカル株式会社	本　　社	104-0061	中央区銀座７—13—８　第２丸高ビル	(03) 3545—3321	(03) 5565—7020
	北海道営業所	060-0807	札幌市北区北７条西５－７－１　札幌北スカイビル	(011) 757—7777	(011) 728—2010
	東北営業所	981-0933	仙台市青葉区柏木１－２—45　フォレスト仙台ビル	(022) 717—0741	(022) 301—9198
	木場テクノセンター	135-0042	江東区木場１－５—25　深川ギャザリアタワーＳ棟	(03) 5665—1130	(03) 5665—1250
	西関東テクノセンター	190-0037	立川市錦町１－８—13　市川ビル	(042) 548—8701	(042) 548—8740
	北関東テクノセンター	330-0081	さいたま市中央区新都心４－１	(048) 601—0131	(048) 601—0135
	南関東テクノセンター	222-0033	横浜市港北区新横浜２—13—13　KM 第１ビル５Ｆ	(045) 474—0722	(045) 474—0725
	東海営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内１－５—28　伊藤忠丸の内ビル	(052) 221—7871	(052) 203—4875
	北陸営業所	920-0864	金沢市高岡町１—39　住友生命金沢高岡町ビル	(076) 223—1722	(076) 223—3179
	四国営業所	760-0050	高松市亀井町8—11　高松あおば生命ビル	(087) 834—8844	(087) 833—4694
	九州テクノセンター	812-0018	福岡市博多区住吉３－１－１　富士フイルムビル	(092) 218—3655	(092) 282—1220
富士レビオ株式会社	本　　社	103-0007	中央区日本橋浜町２—62—５　FR ビル	(03) 5695—9210	(03) 5695—9234
	札幌出張所	060-0908	札幌市東区北８条東３－２—10　宮村ビル	(011) 731—2500	(011) 731—2501

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	盛岡出張所	020-0034	盛岡市盛岡駅前通り15—19　盛岡フコク生命ビル	(019) 625—2363	(019) 625—2484
	仙台営業所	984-0015	仙台市青葉区一番町2－8—10　ニッセイ同和損保仙台ビル1F	(022) 264—4001	(022) 264—4008
	北関東営業所	330-8545	さいたま市大宮区宮町2—81　日本生命アネックスビル	(048) 643—0321	(048) 644—2724
	東日本支店	103-0007	中央区日本橋浜町2—62—5　FRビル	(03) 5695—0711	(03) 5695—0858
	千葉営業所	260-0854	千葉市中央区長洲1—1—10　K.C.Sビル4F	(043) 222—9260	(043) 222—9553
	横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜3—18—14　住生新横浜第2ビル7F	(045) 478—3181	(045) 475—4104
	名古屋営業所	465-0025	名古屋市名東区上社2—174	(052) 775—1081	(052) 775—1833
	京都営業所	615-0022	京都市右京区西院平町25　東芝京都ビル	(075) 315—0508	(075) 315—0625
	西日本支店	532-0033	大阪市淀川区新高3—9—14　MMビル4F	(06) 6150—5520	(06) 6150—5530
	広島営業所	732-0052	広島市東区光町1—10—19　日本生命広島光町ビル	(082) 264—3366	(082) 263—7712
	福岡営業所	812-0042	福岡市博多区豊2—5—7	(092) 472—5661	(092) 474—8555
扶桑薬品工業株式会社	本社事務所	536-8523	大阪市城東区森之宮2—3—11	(06) 6969—1131	(06) 6969—2341
	札幌支店	003-0005	札幌市白石区東札幌5条1—2—20	(011) 814—3811	(011) 814—3815
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町1—14—21	(022) 221—2656	(022) 262—2600
	東京第一支店	103-0023	中央区日本橋本町2—4—5	(03) 5203—7101	(03) 5203—7088
	名古屋支店	461-0001	名古屋市東区泉1—3—26	(052) 962—5001	(052) 971—6592
	大阪支店	541-0045	大阪市中央区道修町1—7—10	(06) 6203—5671	(06) 6231—6886
	岡山支店	700-0834	岡山市天瀬南町9—12	(086) 225—4505	(086) 225—2329
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町3—59	(082) 228—6591	(082) 228—6594
	福岡支店	812-0024	福岡市博多区綱場町8—23	(092) 271—0501	(092) 291—6739
	その他3支店				
ベックマン・コールター株式会社	本社	105-0001	港区虎ノ門3—5—1　虎ノ門37森ビル	(03) 5404—8424	(03) 3578—4605
	札幌オフィス	003-0807	札幌市白石区菊水7条2—7—1　札幌流通倉庫東ビル	(011) 825—9244	〃
	仙台オフィス	980-0803	仙台市青葉区国分町1—8—14　仙台協立第2ビル	(022) 225—8072	〃
	名古屋オフィス	461-0002	名古屋市東区代官町35—16　第一富士ビル	(052) 934—3082	〃
	大阪オフィス	565-0083	豊中市新千里西町1—1—8　第一火災千里中央ビル	(06) 4863—1674	〃
	広島オフィス	732-0805	広島市南区東荒神町3—35　広島オフィスセンタービル	(082) 261—6863	〃
	福岡オフィス	813-0034	福岡市東区多の津1—14—1　FRCビル	(092) 622—7392	〃
株式会社ヘレナ研究所	本社	330-0061	さいたま市浦和区常盤9—21—19	(048) 833—3208	(048) 833—3273
	大阪支社	540-0011	大阪市中央区農人橋2—1—31	(06) 6945—1070	(06) 6945—1055

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
株式会社堀場製作所	本社	601-8510	京都市南区吉祥院宮の東町2番地	(075) 313—5736	(075) 321—0752
	東京セールスオフィス	101-0031	千代田区東神田1—7—8　アルテビル東神田	(03) 3861—8389	(03) 5823—0144
	西部セールスオフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東2—6—26　安川産業ビル6F	(092) 472—5041	(092) 474—5289
株式会社三菱化学ヤトロン	本社	101-0031	千代田区東神田2—1—11	(03) 3862—1761	(03) 3865—1610
	札幌営業所	060-0061	札幌市中央区南1条西6—11	(011) 271—6961	(011) 271—4870
	仙台営業所	980-0802	仙台市青葉区二日町16—15	(022) 723—5066	(022) 723—5068
	東京営業所	101-0031	千代田区東神田2—1—11	(03) 3863—6243	(03) 3863—6277
	名古屋営業所	465-0095	名古屋市名東区高社1—253	(052) 772—9561	(052) 775—6569
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1—18—31	(06) 6325—3621	(06) 6325—0057
	広島営業所	730-0802	広島市中区本川町3—3—23	(082) 291—4601	(082) 292—0451
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東3—14—21	(092) 471—7188	(092) 474—2142
株式会社メディカルジャパン	本社	435-0057	浜松市中田町447	(053) 467—1166	(053) 467—1600
	工場所在地	431-3102	浜松市豊西町904—7	(053) 435—9881	(053) 435—9882
Medix Biochemica Oy Ab			Asematie 13 FIN-02700 Kauniamen Finland	+358-9-547-680	+358-9-505-3441
	錦商事㈱	103-0024	中央区日本橋小舟町14—4	(03) 3639—8724	(03) 3661—9594
株式会社メルシー	本社	812-0004	福岡市博多区榎田2—9—3　ファーストビルII1号	(092) 434—2020	(092) 434—2022
有限会社山久化成	本社	206-0803	稲城市向陽台4—2—C—1007	(042) 370—4744	(042) 370—4745
株式会社ユニフレックス	本社	113-0033	文京区本郷3—26—4　ドルミ本郷7F	(03) 3816—1004	(03) 3816—1392
	柏センター	277-0861	柏市高田537—1	(04) 7147—3751	(04) 7144—8242
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1—17—18　新大阪ビル東館2F	(06) 6323—8344	(06) 6323—8257
ラジオメータートレーディング株式会社	本社	105-0003	港区西新橋3—16—11　西新橋東急ビル	(03) 5777—3500	(03) 5777—3501
	札幌営業所	001-0010	札幌市北区北10条西1—11　浦野ビル	(011) 746—3390	(011) 746—3395
	仙台営業所	980-0824	仙台市青葉区支倉町4—34　マルキンビル	(022) 268—3008	(022) 268—4540
	東京営業所	105-0003	港区西新橋3—16—11　西新橋東急ビル	(03) 5777—3555	(03) 5777—3556
	金沢営業所	920-0025	金沢市駅西本町1—14—29　サン金沢ビル	(076) 231—4455	(076) 231—4499
	名古屋営業所	464-0075	名古屋市千種区内山3—17—4　スズシンビル	(052) 741—8211	(052) 741—8214
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原3—5—36　新大阪MT2ビル	(06) 6350—2000	(06) 6350—2005
	広島営業所	732-0814	広島市南区段原南1—3—53　広島イーストビル	(082) 568—6355	(082) 261—2670
	高松営業所	760-0079	高松市松縄町506　シブヤビル松縄	(087) 815—1551	(087) 865—8448
	福岡営業所	814-0003	福岡市早良区城西1—8—36　明治安田生命西新町ビル	(092) 822-2135	(092) 822—3180

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社	本社	105-0014	港区芝２－６－１	(03) 5443—7041	(03) 5443—5247
	札幌支店	060-0063	札幌市中央区南３条西10—1001－５　福山南三条ビル６Ｆ	(011) 251—1331	(011) 231—1603
	仙台支店	980-0822	仙台市青葉区立町27—21　仙台橋本ビル６Ｆ	(022) 224—6491	(022) 267—3877
	関東支店	105-0014	港区芝２－６－１	(03) 5730—9431	(03) 5730—9446
	東京支店	105-0014	港区芝２－６－１	(03) 5765—8081	(03) 5765—8082
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦２－４－３　錦パークビル13Ｆ	(052) 220—5741	(052) 220—5742
	大阪支店	565-0082	豊中市新千里東町１－５－３　千里朝日阪急ビル12Ｆ	(06) 4863—7621	(06) 4863—7625
	広島支店	730-0022	広島市中区銀山町３－１　ひろしまハイビル21	(082) 545—5120	(082) 545—5123
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前１－４－４　安田生命博多ビル12Ｆ	(092) 461—1021	(092) 461—1025
ワープ太陽株式会社	本社	532-0004	大阪市淀川区西宮原１－７—45—1101	(06) 6396—9080	(06) 6396—9306
和光純薬工業株式会社	本社	540-8605	大阪市中央区道修町３－１－２	(06) 6203—3747	(06) 6203—4640
	東京営業所	103-0023	中央区日本橋本町２－１－７　タケダ本町ビル２Ｆ	(03) 3270—9131	(03) 3241—5752
	北海道営業所	060-0001	札幌市中央区北１条西13—４　タケダ札幌ビル４Ｆ	(011) 271—0285	(011) 271—0835
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町２－９－５　コア本町ビル３Ｆ	(022) 222—3072	(022) 264—2228
	横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜３－１－４　プラスタリアビル７Ｆ	(045) 476—2061	(045) 476—2067
	東海営業所	465-0018	名古屋市名東区八前２—914	(052) 772—0788	(052) 775—9413
	中国営業所	735-0024	安芸郡府中町緑ヶ丘６—40	(082) 285—6381	(082) 286—2033
	九州営業所	813-0062	福岡市東区松島３—22—30	(092) 622—1005	(092) 621—9345
ワットマンジャパン株式会社	本社	110-0005	台東区上野５－６—10　台和上野ビル１Ｆ	(03) 3832—6707	(03) 3832—6457

編集後記

今年も共催展示会です。

今年から自動化学会及び共催展示会は台風の影響を受けない9月末から10月初めにかけて開催されることになりました。

共催展示会が開催される頃は記録的な猛暑が和らぎ，アテネオリンピックの熱気も冷めていることでしょう。

共催展示会の盛会を祈ります。(N. W. 記)

平成16年度JACLA展示委員会

川上　彰（日立ハイテクノロジーズ）
北島　信一（和光純薬工業）
末益美智雄（オリンパス）
冨田　修二（栄研化学）
渡辺　楷（振興会）

2004日本臨床検査自動化学会・
日本臨床検査医学会　共催展示会

2004 EXHIBITORS' CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化振興会（JACLA）
〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-6
（ワイユウビル6F）
Tel. 03（5689）5910
Fax. 03（5689）5917

印刷：壮光舎印刷株式会社

2004年9月29日印刷・発行

（非売品・禁複写）



JSCLA http://www1.sphere.ne.jp/jidouka
JSLM http://www.jslm.org
JACLA http://homepage3.nifty.com/jacla/