

2005 EXHIBITION

EXHIBITORS' CATALOGUE

2005

日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会

共催展示会【展示目録】

9/28(Wed.), 29(Thu.), 30(Fri.), YOKOHAMA CITY JAPAN

善養寺/影向（ようごう）の松（東京都江戸川区）　樹齢600年と推定され、枝の長さは東西約30メートル、南北約28メートルにおよび、その繁茂面積は日本で一、二を競う。

ご 挨 拶

この展示目録は，2005年の日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会共催展示会に際して，今年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものです。

自動化振興会の事業の一つである最新の臨床検査機器および検査試薬の情報がコンパクトにまとめられ，末尾には出展各社のプロフィールも掲載されている。大会の方の申込み演題数，展示出展メーカー数もほぼ昨年と同じですから，例年と同じく7,000人以上もの参加で賑わうものと思います。今年も昨年と同じく臨床検査医学会との共催で例年と変わらぬ盛況になると期待しています。

大会については，大会長杉浦哲朗教授によって“先端医療を支える臨床検査”をテーマに斬新な好企画が用意されています。大会，展示会ともに参加されて，新しい検査情報をとり入れ検査室のレベルアップに役立てて下さい。

最後になりますが，この冊子出版をはじめ，展示会全般にわたっての振興会の方々の御苦労に感謝する次第です。

平成17年9月28日
日本臨床検査自動化学会
会長　中井　利昭

ご 挨 拶

2005年度の日本臨床検査自動化学会および日本臨床検査医学会の共催展示に際し一言挨拶を致します。3年前の平成14年に日本臨床検査医学会は日本臨床検査自動化学会との間で共同で機器展示を施行する事が合意されました。その後は本展示会に参加者が大勢来られて盛況が持続しております。展示に無駄な経費をかける事なく効率的に行うのは機器・試薬メーカー各社にとっても大きなメリットでありますが，展示を見るユーザーにとっても大変有効であります。本年も今までと同様な形で開催されますので，多くの参加者で賑わいを見せるものと期待する所であります。

本目録の中には臨床検査機器および試薬の性能が大変うまくまとめられております。目録をご覧になりながら，展示をご覧になれば各ブースでの機器・試薬に関する理解が進むので是非ご参照下さい。

展示を見て係の方に話しを聞くだけでは，機器・試薬の使い勝手が十分理解できないとのご意見も時に伺います。しかし，何ごともまずイントロダクションが重要でありますので，本目録でのご理解が大事と思う訳であります。

目録には企業からの最新の情報が記載されておりますので，検査室にお持ち帰りになった後に，落ち着いて読まれる事もお薦め致します。何と言っても機器・試薬の選択は検査室にとって非常に大切であります。特に昨今は経済事情が厳しいので，余計に検査室にあった機器・試薬を選ぶ必要性が生じてきています。そういう意味で本目録をしっかり活用して頂き，適正な機器・試薬の購入をされる事を期待する者であります。

今後とも臨床検査が患者の診断・治療，疾患予防に益々有用となるのは間違いない所であります。

臨床検査に携わる関係各位の益々のご支援とご協力をお願いする所であります。

最後に本目録を作成して頂きました関係諸氏のご尽力に深謝致します。

平成17年9月28日
日本臨床検査医学会
会長　渡辺　清明

2005 日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会 共催展示会　展示目録

目　　次

あいさつ（日本臨床検査自動化学会　会長　中井利昭）…… 1

あいさつ（日本臨床検査医学会　会長　渡辺清明）…… 3

臨床化学分析機器…… 7～17

1.分光光度計／2.電解質測定装置（電極法）／3.簡易分析装置／4.専用分析装置／5.多項目自動分析装置／6.ドライケミストリー・システム／7.血液ガス分析装置／8.全自動電気泳動装置／9.電気泳動装置／10.デンシトメータ装置／11.高速液体クロマトグラフィー装置／12.その他

核医学（RIA）機器…… 19～20

13.ラジオイムノアッセイ装置

免疫血清検査機器…… 20～25

14.酵素免疫測定装置／15.蛍光免疫測定装置／16.ネフェロメトリックイムノアッセイ装置／17.ラテックス凝集反応測定装置／18.レーザーネフェロメータ／19.免疫比濁測定装置／20.発光免疫測定装置／21.蛍光偏光装置／22.その他

血液検査機器 …… 27～34

23.多項目血球計数装置／24.血液凝固測定装置／25.血小板凝集測定装置／26.赤血球沈降速度自動測定装置／27.血液標本自動作製装置／28.血液像自動分類装置／29.細胞分類装置／30.全自動輸血検査装置／31.その他

細菌検査機器 …… 35～38

32.微生物分類同定装置／33.感受性試験装置／34.DNA・RNA 測定装置／35.核酸抽出装置／36.その他

尿検査機器 …… 39～42

37.浸透圧計／38.尿分析装置／39.自動 PSP 測定装置／40.尿沈渣分析装置／41.便潜血測定装置／42.その他

病理検査機器 …… 43～44

43.自動組織細胞染色装置／44.画像処理装置／45.画像撮影装置／46.リアルタイム動画遠隔顕微鏡観察システム／47.その他

生理機能検査機器 …… 45～46

48.心電図システム／49.呼吸機能自動システム／50.超音波膀胱容量測定装置

システム …… 47～54

51.臨床検査システム／52.検体前処理システム／53.オートラベラー・バーコードプリンタ／54.分注装置／55.遠心分離器

その他の臨床検査機器 …… 55～59

56.マイクロピペット／57.希釈装置／58.洗浄器／59.恒温槽／60.その他

体外診断用医薬品 …… 61～80

自動分析装置専用試薬 …… 81～84

コントロール血清 …… 85～99

展示会社・主要製品紹介 …… 101～150

展示会社住所録 …… 151～169

臨床化学分析機器

1. 赤外分光光度計（Infrared Spectrophotometer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	波長範囲	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		mL	μL／検体	nm	分／テスト	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
大塚製薬	UBiT-IR300	120 mL以上			約5.5	100／3	31×62×31	22.5	187	呼気中の$^{13}CO_2$測定
	POCone	〃			約2	100／2	22×36×27	約10	96	〃

2. 電解質測定装置（電極法）Electrolyte Analyzer（by Ion Selective Electrode Method）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	標準方式	サンプラー	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	種類	外部／内部	有・無	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™EL SE-1520	22	60	Na, K, Cl	外部	無	40	13.5×22.5×13.8	1.5		
エイアンドティー	EA06T	28	150	Na, K, Cl	内部	有	100/2.5	26×60×59	35		アットウィルより販売
	〃 06R	〃	〃	〃	〃	〃	〃	49×47.7×59	38		〃
〃	〃 07	27	〃	〃	〃	〃	100/2	28×57.6×54.7	25		〃
常光	EX-Z	95	100	Na^+, K^+, Cl^-	〃	有	100/2	24×41×35	18		透析A液，B液測定可能
	〃 -D	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		オートサンプラ内蔵
〃	〃 -2000	30	180	Na^+, K^+, Cl^-	〃	〃	100/6	36×54×57	28		搬送接続可能
	EG-Pro	50	120	グルコース	〃	〃	〃	〃	30		
セントラル科学貿易	全自動電解質分析装置 EX-II	27	150	Na, K, Cl	内部	有	200	28×57.6×54.7	25	250	
テクノメディカ	STAX-3	110	120	Na, K, Cl, Hct	内部	有	100/3	26×40×38	17	330	
バイエルメディカル	バイエル644	65	50	3		有	30	30×25×22	4	280	
	〃 654	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	260	
〃	Rapidchem 744	55		〃			50	37×18×32	7.3		
	〃 754	〃		〃			〃	〃	〃		
ベックマン・コールター	エリーゼ	50	120	2～6	内部	有	50	64×46×54	23		Na, K, Cl, Li, T-Ca および T-CO_2が測定可

ロシュ・ダイアグノスティックス	電解質分析装置 Roche 9180 シリーズ	95	プリントアウト有45サンプル/h プリントアウト無60サンプル/h	Na, K, Cl, Ca, Li		無	100	31.5×29.5×33.5	6		Cl, Ca, Li 選択

3. 簡易分析装置（Analyzer for Simplified Operation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μL	試薬使用量 μL／検体	処理能力 検体／h	測定項目 種類	測定法	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	ラクテート・プロ™ LT-1710	5		1分/検体	乳酸	電極法	3V リチウム電池×2	5.5×1.45×8.38	0.05		
	グルコカード ダイアメーター	2		15秒/検体	グルコース	〃	〃	5.1×1.45×8.7	0.045		販売：アベンティスファーマ㈱
〃	〃 ダイアメーターα	〃		〃	〃	〃	〃	5.6×1.45×9.78	0.06		〃
	〃 Gメーター	0.6		〃	〃	〃	〃×1	5.2×1.6×9.0	0.053		〃
アボット ジャパン	エキストラ	2.5		1テスト/20秒	血糖	電極法	単4アルカリ電池	9.9×5.6×2.2	0.07	1.8	ケトン体測定も可能，記憶容量450テスト
	イージーセンス	〃		〃	〃	〃	〃	9.9×5.9×2.1	0.05	1.2	記憶容量150テスト
〃	ソフタック	〃		〃	〃	〃	9V リチウム電池	13.5×9×4	0.31	2.5	痛みの少ない，前腕上腕での測定，穿刺測定機能一体型，記憶容量450テスト
	プレシジョン Q・I・D	3.5		〃	〃	〃		9.7×4.8×1.45	0.04	1.45	
〃	プレシジョン PC_x	〃		〃	〃	〃	アルカリ電池充電式	19.7×7.5×5.1	0.28		データ管理機能，オンライン機能を装備
エム・シー・メディカル	ニコカード CRP／HbA_{1c}	5			CRP/HbA_{1c}	固相免疫測定法		20×17×3	0.5		
東洋紡績	ニコカード CRP	25						20×17×7	0.5	22.8	
	〃 HbA_{1c}	5						〃	〃	〃	
〃	〃 U-Alb	50						〃	〃	〃	
バイエルメディカル	デキスターZ II	3～4		30秒/1テスト	GLU	酵素電極法	リチウム 3V×2	8.1×6.6×2.5	0.1	1.43	1度のセットで10回測定
	アントセンスII	5～50		60秒/テスト	〃	〃	100	19.5×11.5×5.5	0.6	19.4	カートリッジに血球分離膜を装備
〃	アセンシア プリーズ	3		30秒/1テスト	〃	〃	リチウム 3V×1	6.8×2.8×11	0.1	1.43	1度のセットで10回測定，ハンドルを「引く，押す」だけの簡単操作
	アントセンスIII	5～20		45秒/1テスト	〃	〃	100	20×18×6.5	0.8		

4. 専用分析装置（Special-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	種類		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	グルコースオートアンドスタット™GA-1151	24		150	グルコース	GOD 過酸化水素電極法	160	41.2×40.7×41	22.5		
	アダムス™グルコース GA-1170	30		156	〃	〃	180	53×45×53	31		
〃	アダムスマスター™ DM-3310	3～50		167	グルコース，HbA$_{1c}$，尿中μ-Alb，尿中Cre		450	53×68.5×50	50		
エイアンドティー	GA 03 T	30/5 自動切換		160～200	グルコース	GOD 固定化酵素電極	100/2.5	26×60×59	35		アットウィルより販売
	〃 03 R	〃		〃	〃	〃	〃	49×47.7×59	38		〃
〃	〃 04	〃	1800	〃	〃	〃	100/3	52×62×56.3	55		〃
	〃 05	〃	〃	〃	〃	〃	100/2	28×57.6×54.7	25		〃
〃	〃 08	〃	〃	〃			〃	55×43.4×46.5	40		〃
バイエルメディカル	DCA2000 システム	1		6分/テスト 7分/テスト	HbA$_{1c}$ 尿中微量アルブミン，クレアチニン	ラテックス凝集阻止反応	100	24.1×23.9×27.2	5	29.8	アルブミン指数を自動計算
	アントセンスIII	5～50		45秒/1テスト	GLU	酵素電極法	〃	20×18×6.5	0,8		グルコース専用 POCT 機器
堀場製作所	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃

5. 多項目自動分析装置（Automatic Multi-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エイアンドティー	504 X	2～20	60～180	max 800	45	3 K	120×80×127	350	3,600	
オリンパス	AU5431	2～50	15～250	6600 テスト/h	98	200/60	507×114×126	1740		オプション ISE 仕様
	〃 5421	〃	〃	5000 〃	〃	200/50	376×114×126	1300		〃
〃	AU2700	1.6～25	120～430	2134 〃	51	100/60	200×114×126	700		〃
	〃 640	2～50	25～300	1200 〃	〃	100/40	185×80×124	530		〃
〃	〃 400	〃	〃	800 〃	〃	100/35	45×76×121	420		〃

茶谷産業	Piccolo ピッコロ	90		1.2/分	14	100/1	15.3×29.2×24.2	6.9	200	Abaxis 社製・遠心方式
デイドベーリング	ディメンション RxL Max	2-60		800	47	100/20	159×81×112	366	3,500	
	〃 Xpand Plus	〃		437	〃	〃	129×79×114	348	2,600	
東京貿易	ビオリス 24*i* (プレステージ 24 *i*)	3～30	20～330	240	24	100/6	80×64×52	95		
	TMS-1024	2～30	20～300	〃	〃	100/5	65.7×52.9×48.5	60		
〃	〃 -1024H	〃	〃	〃	〃	〃	65.7×53.5×109	70		
東芝メディカルシステムズ	TBA-200FR NEO	1.5～35	80～	2,000	100	200/15	189×112×110	680		
	〃 -120FR	〃	〃	1,200	〃	〃	160×87.5×122	570		
〃	Accute	2～25	120～	400	35	100/15	103×79×105	320		
	C 8000	2～35	160～	1,200	206	200/15	201×125×122	650		
ニプロ	Compolyse-450	2～35	20～400	180	52	100/5.5	77×62×50.5	125	980	ISE オプション
日本電子	JCA-BM1250 BioMajesty	2 ～ 30 (0.1 μL ステップ)	15～150 (0.1 μL ステップ)	1,250 テスト/h (ISE 付)	最大 103 (ISE 付)	最大 3K	分析部：148×93×113 操作部：70×70×148	630	4,100	・検体前希釈方式(1～5625 倍) ・最終反応液量：80μL ・4.5 秒サンプル分注サイクル
	JCA-BM1650 〃	〃	〃	1,650 〃 (〃)	〃	〃	〃	〃	4,960	・検体前希釈方式(1～5625 倍) ・最終反応液量：80μL ・3 秒サンプル分注サイクル
〃	JCA-BM2250 〃	〃	10～100 (0.1 μL ステップ)	2,250 〃 (〃)	〃	〃	分析部：170×93×115 操作部：70×70×148	700	5,660	・検体前希釈方式(1～5625 倍) ・最終反応液量：60μL ・2 秒サンプル分注サイクル
	JCA-BM9030 〃	1.48～30 (0.1 μL ステップ)	15～150 (0.1 μL ステップ)	1,650 〃 (〃)	最大 103 (〃)	〃	分析部：148×93×113 操作部：70×70×148	630	5,380	血球成分(HbA_{1C}) 血漿成分(Glu)の同時測定
〃	JCA-BM 9020 〃	〃	〃	1,250 〃 (〃)	〃	〃	〃	〃	4,530	〃
	JCA-BM 6010 〃	1～25 (0.1 μL ステップ)	5～300 (0.1 μL ステップ)	1,200 〃 (〃)	最大 103 (〃)	〃	分析部：122×85×111 操作部：70×70×148	450	3,870	緊急検体割込ポートサンプル 詰リセンサー
〃	JCA-BM 8060	〃	5～70 (0.1 μL ステップ)	9,000 〃 (〃)	最大 603 (〃)	12 K	分析部：575×113×110 操作部：74×73×148	2,350	17,390	・最小反応液量 50 μL
	JCA-BM 8040	〃	〃	6,600 〃 (〃)	最大 403 (〃)	8.6 K	分析部：440×133×110 操作部：74×73×148	1,730	12,090	〃
バイエルメディカル	opeRA	2～30	325～400	420	27	100/20	119×90×136	301	1,600	オイルテクノロジー採用
	エクスプレスプラス	3～30	50～400	180	26	100/5.8	101.6 × 58.4 × 55.9	76.5		
日立ハイテクノロジーズ	7600-010 S	1.5～35	120～300	最大 800 テスト/h	44 (ISE 付 47)	200/20	245×110×114.5 (分析部のみ)	約 850 (分析部のみ)		
	〃 -020 S	〃	〃	〃 1600 〃	86 (ISE 付 89)	〃 /30	365×110×114.5 (〃)	約 1250 (〃)		
〃	〃 -030 S	〃	〃	〃 2400 〃	〃	〃 /40	485×110×114.5 (〃)	約 1650 (〃)		
	〃 -100 S	2～20	〃	〃 2400 〃	16 (ISE 付 19)	〃 /20	245×110×114.5 (〃)	約 1000 (〃)		
〃	〃 -110 S	機試により異なる	〃	〃 3200 〃	60 (ISE 付 63)	〃 /30	365×110×165 (〃)	約 1400 (〃)		
	〃 -120 S	〃	〃	〃 4000 〃	86 (ISE 付 89)	〃 /40	485×110×165 (〃)	約 1800 (〃)		

〃	〃 -200 S	2～20	〃	〃 4800 〃	32 (ISE付35)	〃 /30	365×110×165 (〃)	約1550 (〃)		
	〃 -210 S	構成により異なる	〃	〃 5600 〃	76 (ISE付79)	〃 /40	485×110×165 (〃)	約1950 (〃)		
〃	〃 -220 S	〃	〃	〃 6400 〃	86 (ISE付89)	〃 /50	605×110×165 (〃)	約2350 (〃)		
	〃 -300 S	2～20	〃	〃 7200 〃	48 (ISE付51)	〃 /40	485×110×165	約2100 (〃)		
〃	〃 -310 S	構成により異なる	〃	〃 8000 〃	〃	〃 /50	605×110×165 (〃)	約2500 (〃)		
	7700	Dモジュール2～20 Pモジュール1.5～35	〃	構成により異なる (最大800～8000テスト/h)	構成により異なる(16～86) (ISE付19～89)	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		オプション：増設用Eモジュール(免疫項目測定)(販売元ロシュ・ダイアグノスティックス㈱)
〃	7180	1.5～35	〃	最大800テスト/h	86 (ISE付89)	100/30	分析部：145×800×123 (分析部のみ)	分析部：約400 操作部：約30		
	7080	2～25	150～320	最大360 〃	32 (ISE付35)	100/20	分析部：109×76×116 (分析部のみ)	分析部：300 操作部：50		
〃	7020	2～35	180～500	最大200 〃	36 (ISE付39)	100/15	72×72×108.5	約190		
	9000	1.5～35	100～250	最大1,000 〃	最大63 (ISE含む)	100/30	187.5×101.5×130 (分析部のみ)	約460 (分析部のみ)		
〃	LABOSPECT 003	〃	〃	最大320 〃	〃 42 (ISE付45)	100/20	132.5×85.9×126	約270		
	〃 008	1.5～15	〃	最大2,000 〃	〃 70 (ISE付73)	200/20	289×120×135 (分析部のみ)	約960 (分析部のみ)		
ベックマン・コールター	シンクロンCX9	3～	200～	900	33	1.76 K	189×77×176	516		メンテナンスフリー試薬/検体バーコード対応
	〃 LX20	〃	〃	1,440	41	〃	177.8×104.1×152.4	727		〃
〃	〃 CX5	〃	〃	600	29	1.77 K	154×77×176	367		〃
	〃 LX20 PRO	〃	〃	1,440	41	1.76 K	177.8×104.1×152.4	727		〃
〃	ユニセル DxC 600 PRO	〃	〃	990	65	1.81 K	157.5×104.1×157.5	713.5		〃
	〃 1,800 PRO	〃	〃	1,440	70	1.89 K	177.8×104.1×157.5	782.4		緊急モジュールで11項目を約2分30秒で報告
ロシュ・ ダイアグノスティックス	COBAS INTEGRA 400plus	2～100	5～200	460テスト/時	36	160/15	135×66×75	230	2.500	
	〃 〃 800	〃	〃	855 〃	72	200/15	190×90×120		3.950	
〃	モジュラーアナリティクス〈P〉	2～35	20～270	800	44	220/20	245×110×108	850		
	〃 〈D〉	2～20	〃	2,400	16	〃	245×110×169	1,000		
〃	〃 〈PP〉	2～35	〃	1,600	86	〃	365×110×108	1,250		
	〃 〈DD〉	2～20	〃	4,800	32	〃	365×110×169	1,550		
〃	〃 〈DP〉	2～35	〃	3,200	60	〃	〃	1,400		
	〃 〈DDD〉	2～20	〃	7,200	48	〃	485×110×169	2,100		
〃	〃 〈PPP〉	2～35	〃	2,400	86	〃	485×110×108	1,650		
	〃 〈DDP〉	〃	〃	5,600	76	〃	485×110×169	1,950		
〃	〃 〈DPP〉	〃	〃	4,000	86	〃	〃	1,800		
	〃 〈DDDP〉	〃	〃	8,000	〃	〃	605×110×169	2,500		

〃	〃 〈DDPP〉	〃	〃	6,400	〃	〃	605×110×169	2,350		
	〃 〈PPPP〉	〃	〃	3,200	〃	〃	605×110×108	1,840		

6. ドライケミストリー・システム（Dry Chemistry System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	種類	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™EZ SP-4430	4～6	63	生化学 22	80～100	33.8×20.3×16.7	5.4		小型遠心分離機を内蔵
	ポケットケム™BA PA-4130	20	200 秒/検体	血中アンモニア	単三電池×2	12.5×8.7×3.1	0.23		
オーソ・クリニカル ダイアグノスティックス	ビトロス 950	5～11	900	46	200/20	170×99×140	681	4,150	
	〃 350	〃	250	45	100/12	115×71×120	272	2,250	
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 3500 シリーズ	比色 6～10 電解質 50	77 テスト/h	30	300	40×38.5×28 (PF 付きは D45.5)	20	270～340	3500・i・p・s 4 タイプ
	〃 800	50	1min/検体	3	20	19×26.5×11	2.5	95	電解質専用
〃	〃 100 タイプ N	10	2 〃	1	30	〃	2	37	アンモニア専用
	〃 300 G	〃	2 〃	〃	300	40×38.5×28	20	190	血糖専用
〃	〃 7000 シリーズ	比色 10 電解質 50	比色電解質混合で 190 テスト/h	29	〃	54×42×45	40	490～420	7000・i・s 3 タイプ
和光純薬工業	富士ドライケム FDC-3500	10	77	30	100/3	40×45.5×28	21	340	
	〃 FDC-7000	10	180	29	100/3	54×42×45	40	490	

7. 血液ガス分析装置（Instrument for Blood Gas Measurement）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™SG SG-1220	70	40	電極法	8	200	20×23×33	7.2		
アイ・エル・ジャパン	GEM プレミア 3000	135～150	20		9	100/1	30.5×30.7×43.2	13.4	380	
シスメックス	ラップトップ型血液分析システム OPTI CCA	最少 135	120 秒以下	蛍光法	9	110 以下	36×23×12	5		
常光	アーマ 2000	180	60	ディスポカートリッジ	20	充電式バッテリー	24×29×13	2.4	118	ポータブル型ガス
	JBA-アルファ	100	30	電極法	14	100/2	37×18×32	7		ディスポ式電極

〃	〃 E		〃	〃	21	〃	〃	〃		
テクノメディカ	GASTAT-600	100	30	電極法	4	100/1.5	36.6×47.1×48.7	15	300	pH, pCO2, pO2, Hct
	〃 -601	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	400	〃 (パソコン内臓)
〃	〃 -602 i	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃	600	pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Cl, Ca
	〃 -603 ie	〃	〃	〃	10	〃	〃	〃	800	pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Cl, Ca, Glc, Lac
〃	〃 mini	50	15	センサーカード式	6	100/1	23×10×7	1.2	150	携帯型でプリンター内蔵
ノバ・バイオメディカル	SP-CCX	60～210	23～38	電極法	19	400	56.7×43.7×43.8	27.3	1,380	
	〃 -pHOx+	50～110	50	〃	11	200	38×38×30	8.2	680	
バイエルメディカル	バイエル 840	55～90	35	〃	3	400	56.1×50.3×47.8	29.5	1,020	
	〃 850	70～110	〃	〃	7	〃	〃	〃	1,240	
〃	〃 860	95～125	〃	〃	9	〃	〃	〃	1,390	
	〃 840 CO	140	〃	〃	7	〃	70.0×50.3×47.8	37.4	1,470	
〃	〃 850 CO	160	〃	〃	11	〃	〃	〃	1,690	
	〃 860 CO	175	〃	〃	13	〃	〃	〃	1,840	
〃	Rapidpoint 400	100～200	〃	〃	9	150	55×30×42	15.5	600	電極，試薬一体型カートリッジ OCD オキシメーター E モジュール，電極，試薬一体型カートリッジ
	405	〃	〃	〃	14	〃	〃	〃		
扶桑薬品工業	アイ・スタット 200	40～100	20		12	9V リチウム電池	6.4×21×5.2	0.443	150	専用カートリッジ使用により 1～8 項目同時測定
	〃 300 F	〃	〃		〃	9Vリチウム電池専用充電地	7.6×23.6×5.8	0.575～0.580	150～160	〃
ラジオメーター	ABL 835 FLEX	35～195		電極法	17		70×53×55	33.9		
	〃 800 〃	〃		〃	15		〃	〃		
〃	〃 700 シリーズ	〃	18～25	〃	16	250	70×55×43	30		
	〃 555 シリーズ	〃～125	19～20	〃	7	〃	40×40×55	37.5		
〃	〃 5	〃～85	30	〃	3	60	34×20×39	8.6		
	〃 77 シリーズ	70	40	〃	8	250	33×23×20	7.2		
ロシュ・ダイアグノスティックス	Roche OMNI モジュラーシステム 1	46	40	〃	4	160	53×47×42	40		
	〃 〃 2	84		〃	5	〃	〃	〃		
〃	〃 〃 3	〃		〃	10	〃	〃	〃		
	〃 〃 4	76		〃	9	〃	〃	〃		

〃	〃 〃 5	115		〃	10	〃	〃	〃		
	〃 〃 6	129		〃	15	〃	〃	〃		
〃	〃 〃 7	174		〃	11	〃	〃	〃		
	〃 〃 8	〃		〃	12	〃	〃	〃		
〃	〃 〃 9	〃		〃	17	〃	〃	〃		
	〃 〃 7 EX	〃		〃	12	〃	〃	〃		
〃	〃 〃 8 EX	〃		〃	13	〃	〃	〃		
	〃 〃 9 EX	〃		〃	18	〃	〃	〃		
〃	デスクトップ型血液分析システム OMNI C	68	30	〃	10	150 以下	35.4×41×46.7	約 17		
	Roche OMNI S 3	112/148	31	〃	11	100/2	51.2×58.7×54.9	48		
〃	〃 S 4	〃	〃	〃	17	〃	〃	〃		
	〃 S 5	172/210	30	〃	14	〃	〃	〃		
〃	〃 S 6	〃	〃	〃	20	〃	〃	〃		

8. 全自動電気泳動装置（Full-Automatic Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス	AES320	25～50	60		100/10	98×67×148	220		
	AES630	〃	165		100/20	140×70×150	280		サンプリングステーション付有
カイノス	マイクロチップ電気泳動装置 コスモアイ SV 1210	1	6 min/12 検体		〃	30×46×33	20		DNA・RNA 解析
常光	ALC-760	25	65	セパラックス SP	100/10	92×65×117	150		アイソザイム全自動機
	LIP-380	〃	48	PAG ゲル	〃	92×65×50	〃		リポ蛋白全自動機
〃	CTE-880	〃	65	セパラックス SP ザルトリウス	〃	92×65×117	150		80,000 検体メモリ
	〃 -9000	〃	266	〃	〃	116.9×75.7×118.7	280		検体自動搬送
〃	〃 L800	〃	100	〃	〃	92×65×117	150		
ヘレナ研究所	エパライザ 2	30	30～80	クィックジェル	100/ 6	80×65.5×55.5	70		アイソザイム，脂質，蛋白分画が全自動．バッファー用意不要
	REP	50	60～90	REP 用ジェル	100/20	91×75×147	170		高電圧で泳動可能

〃	SPIFE 3000	15	6	SPIFE 用ジェル	100/15	85×58×30	35		IFE(免疫固定法)専用機器

9. 電気泳動装置（Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
常光	電子冷却 ECP-10			寒天 アガロース	100/2	31×41×20	15	35	
	等電点 E セット			セパラックス EF	100/1	30×30×10	2	14.5	
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	パルスフィールド電気泳動装置 ジーンパスシステム		2	アガロースゲル	1 K	電源部 48×43×17.5 泳動槽 44.2×50.3×11.4 冷却槽 23×42×24 ポンプ 16×18×12	10 10.2 14 29	380	CHEF 方式
ベックマン・コールター	パラゴン CZE2000			N/A		74×58×53	約 60		第一番目の検体の結果報告まで 15 分

10. デンシトメータ装置（Densitometer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	OD 測定範囲	記録方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	数値	感熱他	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
常光	Pix-10				PC プリンタ	100/2	95×42×37 (PC プリンタ除く)	250	250	CCD 画像処理方法
	PAN-FV		150	0～3.0	感圧	〃	60×59×30	48	320	最大 32 分画
ヘレナ研究所	EDC			0～4.0	PC 経由印刷	100/6	80×76.2×142	108		可視光・蛍光の測定が可能 PC 接続による多機能デンシトメーター
	クィックスキャン			0～21	〃	100/2	52×55×18	15		可視光測定用デンシトメーター

11. 高速液体クロマトグラフィー装置（Instrument for High Performance Liquid Chromatography）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	アダムス™エーワンシー HA-8160	4	40	320	53×53×53	38		
シスメックス	D-10 システム	全血 5	20	180	40.2×47.6×53.4	35		
	VARIANT II TURBO		37					
東ソー	自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G7	3	50	160	53×56×48(90 SL 時)	49.5(90 SL 時)		
	全自動カテコールアミン分析計 〃 -725CA II		3	500	68×60×78*	90*		*分析部のみ

〃	全自動HVA/VMA分析計 〃 -726VMA III	250	4	〃	〃	〃		〃
日本ケミファ	HLC-723GHb V	3	27	100	55×58×50	72	お問い合わせ下さい	
	〃 -723G7	〃	50	160	53×55.5×48.2(90 SL時)	49.5(90 SL時)	〃	290 SLタイプも有り
日本電子	JLC-500 Amino Tac	1～200	加水：18分 生体：60分	1.2 K	95×75×90	250	1,800	アミノ酸自動分析機

12. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アジア器材	オートチューブ丸底	オートチューブ丸底は，自動化学会推奨サイズ(13φ75mm)の試験管で，バーコードを貼りやすい設計になっております．					
	オートチューブ・スピッツ	オートチューブ・スピッツは，丸底タイプと同様の仕様で，少量検体にも対応出来るようにスピッツタイプになっております．					
アロカ	ルミネッセンスリーダ Accu FLEX Lumi400	生物化学発光測定装置(活性酸素，ATP，白血球貪食能などの測定)	約100	本体約26×36×25 分注ユニット約16×20×20	約10 約4.3	168	
東京貿易	ダイヤフラムポンプ TSDP-5, 10, 20	気液混合流体の吸引に最適					特注可能
	プランジャーポンプ TSMP-50～1000	小型・軽量，高精度・高確度，高耐久性					〃

核医学(RIA)機器
免疫血清検査機器

13. ラジオイムノアッセイ装置（Instrument for Radio Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アロカ	全自動 RIA 装置 RIA-2500 シリーズ	〃	10～200	項目による	項目による	200/15	約163×10×145	約 500	構成による	市販ビーズ固相、チューブ固相 RIA 試薬に幅広く対応する全自動分析装置
	オートウェルガンマシステム AccuFLEXγ 7000 シリーズ	〃				7001：350 7010：450	7001 約 99×98×142 7010 約 133×98×142	7001：約550 7010：約480	1,100~1,300	
セントラル科学貿易	オートマチックガンマーカウンター 4/200	RIA 各種				約 200	60×56×52	114	500～	
	〃 10/600	〃				約 300	102×60×80	140	780～	10 本検出器

14. 酵素免疫測定装置（Instrument for Enzyme Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™バイダス SV-5010	47	項目により異なる	最大 36	プレパック方式	180	54×53×44	38		
エイアンドティー	全自動酵素免疫測定装置 MI 01	アレルギー特異 IgE 他	5～100	最大 400 テスト／h	5～100	1.5K	120×70×130	350		
	全自動化学発光免疫測定装置 MI 02	心疾患マーカー他	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
栄研化学	AIA-21	33	10～125	120	パック	1K	98.5×73.5×135	200	2,280	東ソー社製
	〃 -600 II	37	10～100	60	〃	250	81×62×51	72		〃
〃	AIA-360	33	〃	36		〃	40×40×52	29		〃
	〃 -1800	37	〃	180	〃	500	165×93×125	300		〃
カイノス	Immuno Cube	27	5～80	100	50～200	700	73×68×73	115	950	専用試薬 バーコード対応
	全自動 ELISA システム「MAGO Plus」	9	200	項目による	25～250	805	120×66×70	90		全自動 ELISA 分析装置
協和メデックス	AP-960	EIA プレート搭載項目	10～200	項目で変動	10～200	100/15	92×76×65	150	1,600	
	AP-96	〃	〃	〃	〃	100/6	59×63×52	80	1,200	
テカンジャパン	サンライズ プレートリーダー		項目による	項目による	項目による	110	33×32×17	6.8	75～	カラータッチパネル式ディスプレイ
	ジェニオスシリーズ 〃		〃	〃	〃	200	38×42×17	18.8	350～	
〃	ジェニオスプロ 〃		〃	〃	〃	250	51×55×28	38.5	520～	インジェクター装置搭載可能
	サファイア 2 〃		〃	〃	〃	350	53×58×28	〃	563～	モノクロメーター搭載型
デイドベーリング	ベーリング ELISA プロセッサーIII		項目による	項目による	項目による	分析部 450	115×58×60	136	1,980	最大 10 プレート測定

東ソー	自動エンザイムイムノアッセイ装置 AIA-360	33	10～100	36	パック	250	40×40×52	29		
	〃 〃-600 II	37	〃	60	〃	〃	81×62×51	72		
〃	全自動エンザイムイムノアッセイ装置 〃-1800ST	〃	〃	180	〃	500	165×93×125	300		
	〃 〃-1800LA	〃	〃	〃	〃	〃	165×110×125	〃		
日水製薬	AIA-600 II	38	10～100	60		200	81×74×51	70	980	
	〃 -1800 ST	〃	10～100	180		500	165×93×125	300	2,480	
〃	〃 -1800 LA	〃	〃	〃		〃	165×110×125	〃	2,680	
	〃 -360	34	〃	36		250	40×40×52	29	360	
日本ケミファ	アレルギー特異 IgE 測定装置 Diapack2000	54	50	30テスト/25分	260～310	500	75×63.5×51	100	お問い合わせ下さい	EIA 法
	全自動酵素免疫測定装置 MI 01	アレルギー特異 IgE 54	5～100	最大 400 テスト/h	〃	1 K	120×70×130	350		
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	全自動マイクロプレート EIA 分析装置 Evolis		項目による	項目による	項目による	500	113×76×95	95	1.500	検体分注から測光まで全工程を自動化
	ノバパス 680 マイクロプレートリーダー					100	34×33×15	5.5	85	インキュベーター付き
〃	全自動マイクロプレート EIA 装置 PhD システム		項目による	項目による	項目による	200	71×56×71	35	900	検体 1 μL から分注
日本ビオメリュー	バイダス	感染症，ホルモン，心筋マーカー，他計 50 以上	項目により異なる	最大 90	プレパック方式	100/3	81×53×41	53	1,500	日常のメンテナンス不要
	ミニバイダス		〃	最大 48		100/1.8	54×53×44	38	480	〃
バイエルメディカル	バイエル イムノ 1	25	1～65	120	460	200/15	165×74×137	426	1,850	オイルテクノロジー採用

15. 蛍光免疫測定装置（Instrument for Fluorescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	IMX アナライザー	36 以上	150	15～40 分		700	70×63×36	43		
	AxSYM アナライザー	〃	83～275	80～120		1.8K	159×83×120	275	1,580	
シスメックス	エルジア・F750	26	20～200	120		1.2K	105×72×70	180	1,200	
	〃 ・FS1200	23	20～100	180		1.5K	142×80×128	360	1,600	
デイドベーリング	ストラタス CS	4	70～90	3		400	69×56×46	64	700	心筋傷害マーカー測定専用機
	血中薬物自動分析装置 Viva-E システム		1～30	133	0～400	ハロゲンランプ12V-20W ワーリングユニット3個	115×56×49	85	824	
日水製薬	エバネット EV20	22	8～150	18		200	52×47×26	28	350	

三菱化学ヤトロン	LPIA-A700	40	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
和光純薬工業	LiBASys(リバシス)	AFP-L3	15	50テスト/4hr		900	54×62×115	130	945	

16. ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（Instrument for Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン・コールター	アレイ 360	28	7～20	80	47	100	91×61×66	68		
	IMMAGE, IMMAGE 800	36	3～8	180	21	〃	110.5×64.8×76.2	123		

17. ラテックス凝集反応測定装置（Instrument for Latex Agglutination）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™IM SI-3510	CRP, ASO	50	6～8	プレパック方式	100	33×22.4×18.5	6		
栄研化学	LX-2200	23	5-80	150	30～300	100/60	100×65×72.5	160	960	アロカ社製
シスメックス	免疫凝集測定装置 PAMIA-50	18	10	120テスト/h		1.05K	105×58.5×79.5	122		
	〃 -40i	〃	〃	70 〃		480	76.5×56.6×58.2	68		
〃	〃 -30	〃	〃	45 〃		〃	64×54×43.5	65		
バイエルメディカル	バイエル イムノ1	4	2～11	120	300	200/15	165×74×137	426	1,850	オイルテクノロジー採用
堀場製作所	LT-110	テオフィリン	4	6		100	28.9×41×41.5	18	288	血中テオフィリン濃度モニタリング専用
	〃 -128	CRP	8	13		〃	〃	〃	〃	全血，血漿，血清でCRP測定
三菱化学ヤトロン	LPIA-S500	49	3～50	150	20～300	1K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		
	〃 -A700	40	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
〃	〃 -NV7	49	2～35	200	〃	1K	本体：71×72×50 Uボックス：23×45×38	150		

18. レーザーネフェロメータ（LN）（Instrument for Laser Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	テスト／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
デイドベーリング	ベーリングネフェロメータII	血漿蛋白	10～100	225	40	450	124×63×72	160	2,500	
	BNプロスペック	〃	〃	70	〃	〃	107×63×60	115	950	

19. 免疫比濁測定装置（Instrument for Turbidimetric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	テスト／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
三菱化学ヤトロン	LPIA-S500	49	3～50	150	20～300	1K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		
	〃 -A700	40	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
〃	〃 -NV7	49	2～35	200	〃	1K	本体：71×72×50 Uボックス：23×45×38	150		

20. 発光免疫測定装置（Instrument for Luminescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボットジャパン	ARCHITECT *i*2000	25	4～150	最大200		4.7K(最大)	173×112×122	522	2,980	
	〃 *i*2000SR	〃	〃	〃		3.0K(最大)	155×125×122	490	3,500	
栄研化学	ルミスポットLS-2000	14	10～200	100テスト/h	40～50	100/10	120×71×133.5	260		アロカ社製
オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	ビトロスECiQ	24	10～200	90			112×74×130	366	1,980	
オリンパス	SphereLight 180	29	10～90	180テスト/h		100/15	125×75×69	230		
カイノス	MM-100形ルミノメーター(MM-0100)	26	200 or 750	640	1,300	80	32×39.5×20.5	14	400	マストイムノシステムズ専用測定装置
協和メデックス	ADVIA Centaur	30	10～200	240	50～450	220/15	184×105×131	545	3,220	
	ACS-180 SE	13	〃	180	〃	2K	149×59×61	160	2,220	

〃	〃 -180 Plus	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2,000	
	AllegroLite	7	〃	170	カートリッジ方式	115/4	134×67×63	90	1,850	
〃	AP-96 C	2	〃	96穴マイクロプレート1枚	10～200	100/6	63×74×52	〃	1,200	
デイドベーリング	スフィアライト 180	30	10～90	180テスト/h		100/15	125×75×69	230	1,600	
日本シエーリング	LIAISON システム		5～100	180	項目による	100/5	130×66×63	95		DiaSorin 社製
バイエルメディカル	ACS：Centaur	30	10～200	240	50～450	2K	184×105×131	545	3,220	特異 IgE 59 項目，感染症項目追加
	〃 ：180 SE	13	〃	180	〃	1K	149×59×61	160	2,220	コントロールユニット寸法 57×65×61
〃	〃 ：PLUS	〃	〃	〃		〃	〃	〃	1,980	
フクダ電子	免疫発光測定装置 パスファースト	BNP，ミオグロビン トロポニンI，CK-MB				360	37.5×57×51	約 33	390	
富士レビオ	ルミパルス f（フォルテ）	40	10～140	120	項目により異なる	2K	125×80×150	404	1,950	
ベックマン・コールター	Access，Access2	37		100		100	99×61×47	91		
	UniCel Dxl 800	〃		400		200	170×94×172	521.6		
三菱化学ヤトロン	DPCイムライズ	最大 12	5～100	120	項目により異なる	100/10	107×63×41	109	880	
	〃 2000	〃 24	〃	200	〃	200/6	152×76×119	403.7	2,500	
〃	〃 1000	〃 12	〃	120	〃	100/6	114×63×47	113	880	
和光純薬工業	Sphere Light 180	29	10～90	180テスト/h		100/15	125×75×69	230		オリンパス（株）製

21. 蛍光偏光装置（Instrument for Polarized Fluorecence）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	分／検体	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	TDXFLX アナライザー	35	50～500	5～22		660	70×60×35	49		

22. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	分／検体	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
協和メデックス	DM-JACK	3項目選択	～10	180	～250	100/3	42×46×43	25	850	HbA 1_c, GLu 1.5 AG, GA
	DM-JACK II	〃	〃	〃	〃	100/6	107×70×107	100	1,600	HbA 2_c, GLu 1.6 AG, GA
〃	〃 Upgrade	〃	〃	〃	〃	〃	43×47×52	33	850	〃
テカンジャパン	Freedom EVO 100/150/200	96ウェルELISA用全自動システム採血管や粗分注されたMTPからのサンプリング可能，IVD指令に準処				600～	107/145/205 ×78×87	106～		
バイオテック	ELISA用連続分注・洗浄装置 ALCS-2000	本装置はEIA試薬のコーティングにおける，抗原・抗体の分注やブロッキング液の分注が可能で広範囲にわたりコストや労力のかかる作業を全自動で処理する。				110	225×92×54	100		
ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス2010(ラックタイプ)	電気化学発光免疫測定法・卓上型				1.05 K	170×75×70	240	2,500	RD標準5連ラック使用
	〃 (ディスクタイプ)	〃				800	120×75×65	170	2,000	
〃	モジュラーアナリティクス〈E〉	モジュールアッセンブリ方式，電気化学連続発光法				220/20	245×110×114	895		
	〃 〈EE〉	〃				〃	365×110×114	1,350		
〃	〃 〈PE〉	〃				〃	〃	1,300		
	〃 〈EEE〉	〃				〃	485×110×114	1,805		
〃	〃 〈PPE〉	〃				〃	〃	1,710		
	〃 〈EEEE〉	〃				〃	605×110×114	2,260		

血液検査機器

23. 多項目血球計数装置（Blood Cell Counter for Multiple Item）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μL	処理能力 検体／h	測定法	測定項目 種類	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	スポットケム™BC SB-1410	12	50	電気抵抗法	10	250	38×39×42	15		
	スポットケム™CL SB-1420	30	60	〃	18	190	31.5×37×47.5	21		微量血モードあり
〃	スポットケム™CL SB-1430	55		〃	22	250	38.2×48.5×52	38		〃
アボット ジャパン	セルダイン 4000	112.5	72～106	レーザー多角度偏光散乱分離法	32	1.9K(最大)	109×81×74	148.3		CD61，CD3/4/8 測定可
	〃 3700	20～355	60～90	〃	25	1.55K(最大)	76×79×68	131		網赤血球測定可
〃	〃 3200	20～250	60～70	〃	24	800(最大)	48×83×74	105.5		〃
	〃 1700	30～450	40～60	電気抵抗法	18	600	87×66×49	71		キャップピアシング吸引
〃	〃 1800	30	60	〃	〃	900(最大)	66×53×45	55	600	10,000 検体分の検体記憶容量
シスメックス	多項目自動血球分析装置 XT-2000i	サンプラモード 150 クロズドモード 150 マニュアルモード 40 キャピラリーモード 40	80	RF/DC 検出方式 フローサイトメトリー法	31	530	53.0×72.0×63.0	76		ネットワーク対応
	〃 XT-1800i	〃	〃	〃	24	〃	〃	〃		
〃	〃 XE-2100	サンプラモード 130 CP モード 200 キャピラリーモード 40	150～113	RF/DC 検出方式 フローサイトメトリー法	32	1K	70.6×53.5×71.1	134.5		
	〃 SE-9000	サンプラモード：250 マニュアルモード：100 キャピラリーモード：40	120	RF/DC 検出方式	23	1.86K	110.8×61.8×72	165		
〃	多項目自動血球分析装置 自動網赤球測定ユニット SE9000/RAM-1	〃	120～70	〃	28	3.03K	150.8×82×72	204		
	多項目自動血球計数装置 K-4500	サンプラモード：200 マニュアルモード：100 キャピラリーモード：40	80	〃	18	600	58×63×60	50		
〃	〃 SF-3000	サンプラモード：270 マニュアルモード：170 キャピラリーモード：40	〃	フローサイトメトリー法	23	〃	58×73×60	62.5		
	〃 KX-21	全血モード：50 希釈モード：20	60	DC 検出方式	18	230	42×35.5×48	28		
〃	〃 KX-21N	〃	〃	〃	〃	〃	〃	30		ネットワーク対応 チケットプリンタとの接続可能
	〃 KX-21NV（動物用）	〃	〃	〃		250 以下	42×35.5×48	〃		
〃	〃 POCH-100 i	全血モード：約 15 希釈 〃 ：20	約 24	〃	8	約 150 以下	18.5×46×35	約 14		
	〃 POCH-100 iv(動物用)	全血モード：約 15	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
〃	自動血球計数装置 F-820	20	86	〃	15	160	38.7×39.7×32.5	20		
	〃 F-520	〃	144		5	105	25.2×39.7×32.5	12.5		
〃	自動網赤血球測定装置 R-3500	マニュアルモード：100 サンプラモード：250 キャピラリーモード：300 クローズドモード：250	120	フローサイトメトリー法	8	2.395K	110.9×82.1×72	134.5		
	〃 R-500	50	40	〃	3	550	48×50×60	50		

日本光電工業	セルタックF MEK-8222	55	80	電気抵抗法 レーザー散乱	22	360	61.3×55.0×58.3	55	780	USBポートで高速データ転送
	〃 E MEK-7222	〃		〃	〃	250	38.2×48.5×52	38	515	静脈血 微量血の選択
〃	〃 α MEK-63 1 8	30	60	電気抵抗法	18	190	31.5×37×47.5	21	385	〃 30 μL/10 μL
	〃 α MEK-6308	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃	355	〃
バイエルメディカル	ADVIA 120	157	120	光学法	67	100/15	141×68×86	180	3,500	CBC, Diff, Retic 同時測定 Retic 恒数
	〃 60	10	55	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	18	150	36×32×42	14	350	廃液パック
〃	〃 70	90*	70	インピーダンス法 MDOS シアンフリー法	17	200	34×59×49	38	950	自動再検，10万検体メモリー (※少量検体モード時)
	〃 2120	175	120	光学法	75	100/15	141/68/86	193	3,700	CSF(脳脊髄液測定)モード 標準搭載
フクダ電子	エースカウンター FLC-220	10	30	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	7	100	30×36×41	13	250	
	〃 FL-250CBC	〃	60	〃	8	80	30×40×41	16	360	
〃	動物用自動血球計数装置 LC-152	12	37	〃	〃	150	36×32×42	14	420	
	自動血球計数装置 LC-550	10	55	〃	18	80	30×40×41	16	398	
ベックマン・コールター	LH755	550	105	アキュカウントテクノロジー VCSフローサイトテクノロジー	29	2,080	本体 102×61×89 スライドメーカー 75×68×53 スライドステイナー 60×76×50	93 41 36		
	〃 750	300	110	〃 〃	〃	1,220	102×61×89	93		
〃	〃 500	185	75	アキュカウント500テクノロジー VCS500フローサイトテクノロジー	26	1,440	62×62×85	95		
	HmX	〃	〃	電気抵抗法 VCSテクノロジー	24	〃	〃	〃		
〃	Ac・T diff	12	50	電気抵抗法	18	250	44×50×58	15		
	〃 10	〃	〃	〃	10	〃	38×39×42	〃		
〃	〃 8	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃		
堀場製作所	LC-250 CBC	10	60	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	8	100	30×40×41	16	360	国内ではフクダ電子より FL-250CBC として販売
	ペントラ/20 LC-140	サンプラモード 200 マニュアルモード 130	120 60	電気抵抗法＋ 吸光度測定	26	最大 1K	116.2×54.4× 66.8	90	2,100	白血球5分類測定
〃	〃 120 レチック LC-141	〃	60 40	電気抵抗法＋ 吸光度測定 レーザー蛍光発光	38	本体最大800 レーザー最大 900	117×55×74 29×17×11	110 6.1	3,700	白血球5分類，網赤血球測定
	LC-278CRP	CBC+CRPモード 18 CBCモード 10	CBC+CRPモード 13 CBCモード 48	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法 ラテックス免疫比濁 rate 法	8 9	150	30×40×41	18	488	国内ではフクダ電子より FL-278CRP として販売
〃	〃 -152	12	37	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	8	最大 150	36×32×42	14	420	動物用自動血球計数装置
	ペントラ 60 LC-5000	5DIFF モード 53 CBC モード 130	60	電気抵抗法＋ 吸光度測定	26	最大 200	44.4×48.1× 51.6	35	530	白血球5分類測定
〃	LC-178CRP	CBC+CRPモード 18 CBC モード 10	48 13	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法 ラテックス免疫比濁 rate 法	18 19	150	30×40×41	18	〃	全血で白血球3分類を含む血球計数と CRP 同時測定
	〃 -550	10	55	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	18	80	〃	16	398	白血球3分類測定
〃	ペントラ 80 LC-5501J	5DIFF モード 53 CBC モード 30	80	電気抵抗法＋ 吸光度測定	26	300	82×57×54	55		白血球5分類測定

24. 血液凝固測定装置（Blood Clot Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μL	処理能力 検体／h	測定法	測定項目 種類	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
エイアンドティー	CG02	25		粘稠&散乱光方式	PT,APTT, Fib,TB,HPT	100/1.8	23.5×24.1×10.6	3		アットウィルより販売
エム・シー・メディカル	KC 1 デルタ	全量法		磁気センサー法	PT,APTT, Fib，因子他	40	14×21×8	1.2		
	〃 4 〃	半量法		〃	〃	150	35×45×12	6.5		
シスメックス	コアグレックス 800	PT,APTT：30T：20Fb H：10,ATIII：2.5,FDP：3 DD：10	300	散乱光度法， 吸光度法	凝固13，合成基質6， ラテックス比濁6	1,100	58×66×119	150	998 (本体のみ)	
	全自動血液凝固測定装置 CA-7000	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 外因子定量：5	500テスト/h	〃	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT 因子定量 ATIII,α2PI,PLG, FC,FDP,DDダイマー	1,450	105×62×76.5	145		
〃	〃 CA-6000	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 外因子定量：5 内 〃 ：10	300 〃	〃	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT因子定量 AT III,α2PI,PLG, FC,FDP,DDダイマー	930	87×55.2×86	75		※合成基質，免疫比濁はオプション
	〃 CA-1500	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 外因子定量：5 内 〃 ：10	120 〃	〃	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT因子定量 AT III,α2PI,PLG, FC,FDP,DDダイマー	720	78×78×50	84.5		
〃	〃 CA-550	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 TTO：20 AT III,FDP：10	最大 50 〃	光散乱検出方式 比色法方式	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT因子定量 AT III,α2PI,PLG, FC,FDP,DDダイマー	400	54×49×47	45		
	〃 CA-510	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20	〃 〃	光散乱検出方式	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT	〃	〃	〃		
〃	〃 CA-530	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 AT III：10	〃	光散乱検出方式 比色法方式	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT,ATIII	〃	〃	〃		
	自動血液凝固測定装置 CA-50	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20		光散乱検出方式	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT,因子定量		32.8×31×10.2	4		
第一化学薬品	コアグレックス 800	2～75	300(凝固分析モード) 180(標準モード)	凝固時間法 合成基質法 ラテックス比濁法	20		57×65×120	100		
日水製薬	エバネット EV 20	8～150	18	蛍光免疫法	FM,FDP,P-FDP,D ダイマー,AT III,PIC	200	52×47×26	28	350	
日本ビオメリュー	MDA-II	5～	180	透過光	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT因子定量 AT III,α2PI,PLG, FDP,DD ダイマー	200/7	130×79×163	386	1,480	
	コアグ-A-メイト MTX	2～	70～80	〃	PT,APTT,Fbg, TTO,HPT因子定量 AT III,α2PI,PLG	100/4	78×50×54	60	850	
〃	ラックローター	5～	項目により異なる	〃	凝固免疫合成基質	〃	102×72×39	61	760	国内販売元：三光純薬㈱
	コンパクト XR	〃	〃	〃	〃	〃	72×65×39	51	660	〃
フィンガルリンク	ROTEM-Gamma	全血 300	4	ローテーション・トロンボエラストメトリィー		190	40×45×45	20		止血血栓のトータルマネジメント
三菱化学ヤトロン	ACL 100	10～50	110(PT-FIB 同時測定)	クロット法	凝固	300	75×63×45	52	180	PT-FIB 1 試薬同時測定
	〃 200	〃	〃	クロット法 発色性合成気質法	凝固・線溶	〃	〃	〃	200	〃
〃	〃 7000	〃	175(PT-FIB 同時測定)	〃	〃	300	〃	〃	600	〃
	〃 8000	〃	〃	クロット法 発色性合成基質法 ラテックス凝集法	〃	350	92×60×60	63	780	〃 凝固・線溶ランダム測定

〃	〃 9000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	880	〃
	〃 10000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	920	〃
〃	〃 Advance	〃	240(PT - FIB 同時測定)	〃	〃	300	104×63×59	84	1,100	〃
	〃 TOP	〃	360(PT - FIB 同時測定)	〃	〃	330	151×76×73	150	1,880	〃
ロシュ・ダイアグノスティックス	STA-R	25～200 5 μL 毎可変	最大 300	ピスコシティ・ディテクション方式	凝固時間合成基質免疫比濁	100/20	121×82×125	200		寸法・重量は本体のみ
	STA Compact	25～200 5μL 毎可変	150	〃	〃	100/15	98×66×64	125		〃
和光純薬工業	COAG 2	25		粘稠&散乱光方式	PT,APTT Fib,TB,HPT	100/1.8	21×23×10	3	95	(株)エイアンドティー製

25. 血小板凝集測定装置（Instrument for Platelet Aggregation Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイエスケー	WBA Neo ISK-1	200×4	20	SFP	100/3	25×50×43	20		オプション：データーアナライザー
エム・シー・メディカル	MCM ヘマトレーサー 313 M	100/200	12	透光度法	200	46×38×13	17		
	WBA カルナ	200（全血）	4	細口吸引圧検知法	〃	32×42×40	18		
興和	PA-20	300	2	レーザー散乱光, LED 濁度法	100/2	41×33×13	8.5		
	〃 -200	〃	4	〃	〃	55×32×15	14		
〃	ET-800	100・200	8	光透過法	〃	52×40×20	15	350	東京光電社製
	TPA-4 C	200	4	〃	〃	31×19×13	3.5	190	〃

26. 赤血球沈降速度測定装置（Instrument for Erythrocyte Sedimentation Rate Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エム・シー・メディカル	ベスマティック 60	1,000	60	ウェスタグレン変法	100	56×32×27	17		
	〃 20	〃	20	〃	60	40×27×27	18		
〃	ミニベス	〃	4	〃	9/0.3	38×46×13	17		
	ベスマティック 30	〃	30	〃	65	51×50×35	20		
常光	モニター 100	1.28	100	レート法	100/1	29×44×18	7		バーコードリーダー
	〃 40	〃	40	〃	〃	33×31×20	5		〃

〃	〃 20	〃	20	〃	〃	29×26×18	4		〃
	〃 12	〃	12	〃	〃	24×26×20	3		
テクノメディカ	ESR-quick 15	1.8	15	CCDカメラ画像処理	100/3	39×43×29	25	160	従来の2時間値を30分で測定。真空採血管ダイレクト法
	〃 -6000BP	〃	60	国際標準法	〃	53×35×43	〃	300	バーコード対応
〃	〃 -1000	〃	10	〃	〃	32×17×47	11.5	48	
長瀬産業	Quick Eye クイックアイ	1.6 1.0, 0.5(開発中)	20,40,60	CCDカメラ透過法	150	39×45×28	12g 30g 36g	230 330 430	1時間値を20分で測定 結果は沈降カーブによるパターン表示
ニプロ	FA-3		12	ウェスタグレン法	100/0.3	17×37×46	10	45	
フィンガルリンク	Micro test 1	30	1	キャピラリーホトメトリー	250	31×35×58	19.2	310	1検体測定20秒
	Roller 20	150	〃	〃	100	51×56×63	23.2	210	処理能力18検体10分
〃	Test 1 TH	〃	〃	〃	250	51×56×64	39.5	380	ラック方式60検体20分

27. 血液標本自動作製装置（Auto Preparing Instrument for Blood Sample）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	セルダインエスエムエス	30～200	80～120	1.5K	84×89×71	120		ウェッジ法
シスメックス	塗抹標本作製装置 SP-1000*i*	200	120	650	87×86×66	100		
	遠心塗抹装置 HEG-NSP	〃			19×43×23 (閉蓋時)	20		ヒトおよび実験動物の血液塗抹標本の作製，スピナー法，4,700 rpm
〃	自動染色装置 HEG-NST				44.6×62×40	33		ライト染色，メイギムザ染色や他の染色が可能，タイマー 0～99分59秒可能，染色槽：3槽，洗浄槽：1槽
バイエルメディカル	ADVIA S60	20	60	435	54×61×54	37		ウェッジ塗抹標本の作成 HEMA TEK 染色技術
堀場製作所	SPS LX-9131		120	最大1K	91×70×50	80		標本作製，染色まで自動化

28. 血液像自動分類装置（Instument for Blood Cell Differentiation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
シスメックス	血液細胞自動分析装置 MICROX HEG-50S		50		自動顕微鏡ユニット 50×55×47	80		

29. 細胞分類装置（Instrument for Differential Cytology）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン・コールター	EPICS XL-MCL SystemII	指定なし	120	レーザーフローサイトメトリー	4	3K	87×58×51	84.8		4カラー，オートサンプラ内蔵
	〃 ALTRA	〃	100	〃	6	〃	178×198×132	300		高速セルソーター
〃	Cytomics FC500 CXP	〃	120	〃	5	〃	90×74×61	80		5カラー，オートサンプラ内蔵

30. 全自動輸血検査装置（Fully Automated Pre-transfusion Blood testing System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス	ID-Gelstation	10～50	30カード/時		100/3	100×60×650	87		
オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	オーソ・オートビューイノーバ	血漿 40 RBC 10	48(ABD) 36(Screen)	ABD Screen 等	1.15K	140×75×92	230	1,900	
カイノス	Immucor Gamma GALILEO	50～100	1000	・ABORh ・不規則抗体検査 ・クロスマッチ	800	160×95×175	200(395)	1,900	

31. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイエスケー	プラビーズ・カラム	2.5 mL		コラーゲンビーズカラム法		ラージサイズビーズ			血小板粘着能測定用
	〃 ・PAG	〃		〃		スモールサイズ〃			〃

〃	ISK シリンジポンプ	可変式			100/2	23.8×17×15.6	3.7		プラビーズカラム及びラボ用
オリンパス	ID-Micro Typing System	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型のマイクロタイピングシステムです。							
興和	血液流動性測定装置 エムシーファン HR 300	細胞の流動性を視覚的に観察できる			100/2	42×45×55	32		アルファテクノ社製
シスメックス	血液分類計数器 LADIC-12	測定項目：白血球 12，赤血球 12 測定法　：顕微鏡目視手入力				17×25×12	1.5		RS232C接続可能
	骨髄像分類計数装置 LADIC-300	測定項目：血液像 12，骨髄像 48，記憶検体データ最大 6 万件，時系列データ表示 測定法 ：顕微鏡目視手入力				30×25×10	7		〃
常光	グリコヘモグロビン A_{1c} 分析装置 HS-12	前処理なしで，安定型グリコヘモグロビン A_{1c} を 1.5 分/検体処理			100/2	57×62×61	65		キャップ-ピアス方式
バイオテック	クームスサンプラー CS-5000	クームス試験用全自動型サンプラーで 300 検体/毎時の処理能力を持っています。			350	88×67×60	70	580	
フクダ電子	自動血球計数 CRP 測定装置 FL-278CRP	CBC 8 項目＋CRP 定量 測定方式：WBC，RBC，Hct，PLT：電気抵抗法 Hgb：シアンメトヘモグロビン法 CRP：ラテックス免疫比濁 rate 法			150	30×40×41	18	488	
〃	自動血球計数 CRP 測定装置 LC-178CRP	白血球 3 分類含む CBC 18 項目＋CRP 定量 測定方式：上記に同じ			150	30×40×41	18	530	
	自動 CRP 測定装置 LT-128	CRP 定量。測定方式：ラテックス免疫比濁 rate 法			100	29×41×41	〃	288	
山久化成	血液流動性測定装置 MCFAN	血液流動性の測定と観察				42×45×55	32		
和光純薬工業	マイクロタイピングシステム ID-GelStation	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型の全自動マイクロタイピングシステムです			300	100×60×65	85 本体のみ	1.850	
	〃 カード用遠心機ID-Centrifuge 24S	〃			100	37×41×17	12	68	
〃	〃 カード用遠心機ID-Centrifuge 6S	〃			60	27×31×17	6.7	40	
	〃 カード用恒温機ID-Incubator 37S I	〃			200	31×34×19	6	32	
〃	〃 カード用恒温機ID-Incubator 37S II	〃			〃	36×42×21	9	68	

細菌検査機器
尿検査機器
病理検査機器

32. 微生物分類同定装置（Instrument for Bacterial Identification）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
デイドベーリング	マイクロスキャン Walk Away 96SI	比色法,比濁法, 蛍光法		1.1 k	97×74×94	182	3,300	同定/感受性同時測定
	〃 40SI	〃		〃	97×74×74	170	2,000	〃
〃	〃 auto SCAN-4	比色法，比濁法		120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
日水製薬	RAISUS	蛍光/比色法		1K	84×90×127	180	1,500	
日本ビオメリュー	バイオテック2コンパクト30	比色		100/5	72×68×60	75	890	
	〃 60	〃		〃	〃	〃	1,500	
〃	バイテック2/バイテック2XL	蛍光		(バイテック2) 100/5	(バイテック2) 100×71×67	(バイテック2) 100	(バイテック2) 1,800	次世代の全自動細菌分析装置
	〃 32,60,120,240,480	比色及び比濁法		(バイテック32) 100/5	(バイテック32) 35×74×61	(バイテック32) 45	(バイテック32) 580	
〃	ミニアピ	〃		100/2	43×46×35	25	450	

33. 感受性試験装置（Instrument for Bacterial Sensitivity Test）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	薬剤形態	MIC 測定	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h		可・否	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
デイドベーリング	マイクロスキャン Walk Away 96SI	比色法,比濁法, 蛍光法		ドライパネル	可	1.1 K	97×74×94	182	3,300	同定／感受性同時測定
	〃 40SI	〃		〃	〃	〃	97×74×74	170	2,000	〃
〃	〃 auto SCAN-4	比色法，比濁法		〃	〃	120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
長瀬産業	IS60/IMUNO MINI	濁度		プレート	可	100/7	94.2×54.2× 88.2	80	880	
	DPS MIC	画像判定	120	〃	〃	100/5	62×56×44	42	〃	
〃	IS60/LuMx 01	濁度/化学発光		〃	〃	100/7	94.2×54.2× 88.2	90	1,400	MIC 測定が 4 時間
日水製薬	RAISUS	蛍光/比色法		乾燥プレート	可	1K	84×90×127	180	1,500	

日本ビオメリュー	バイテック2/バイテック2XL	比濁法		カード式	可	(バイテック2) 100/5	(バイテック2) 100×71×67	(バイテック2) 100	(バイテック2) 1,800	次世代の全自動細菌分析装置
	〃 32,60,120,240,480	比色及び比濁法		〃	〃	(バイテック32) 100/4	(バイテック32) 35×74×61	(バイテック32) 45	(バイテック32) 580	

34. DNA・RNA 測定装置（Instrument for DNA・RNA Analysis）

会社名	商品名 型式名	分析法（測定法）	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
カイノス	ニュークリセンス Easy Q	リアルタイム NASBA 法	48 検体/1.5 h	200	42×42×22	20	390	RNA を等温増幅する NASBA 法とモレキューラービーコンによるリアルタイム検出装置
東ソー	TRCR リアルタイムモニター TRCRapid-160	TRC 法	16 サンプル/バッチ	250	35×32×24	17		転写酵素と逆転写酵素の協奏反応による RNA 増幅・検出法
日本ビオメリュー	ニュークリセンス Easy Q	リアルタイム NASBA 法	48 検体/1.5 h	200	42×42×22	20	480	RNA を等温増幅する NASBA 法とモレキューラービーコンによるリアルタイム検出装置
バイエルメディカル	バイエルルミノメーター HC＋	TMA (化学発光測定)	94検体/5時間	40	45.72×66.67×45.72	19	1,088 (機具一式)	TMA 定性分析用装置
ロシュ・ダイアグノスティックス	COBAS AMPLICOR	遺伝子増幅		0.8K	86×57×90	75	980	PCR 検査用自動測定装置
	MP-12	DNA ハイブリダイゼーション	12	100	38×64×55	47		自動核酸抽出機
〃	コバス Taq Man	遺伝子増幅		1.2K	114×75×95	237		リアルタイム PCR 検査用自動測定装置
	〃 Ampli Prep	DNA ハイブリダイゼーション		〃	165×74.5×93.5	310		自動核酸抽出機
〃	〃 Taq Man 48	遺伝子増幅		0.6K	45×75×50	55		リアルタイム PCR 検査用自動測定装置

35. 核酸抽出装置（Nucleic Acid Extractor）

会社名	商品名 型式名	サンプル（種類）	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
カイノス	ニュークリセンス MINI MAG	血しょう，血清，喀痰，便	12/0.75 h	磁性シリカによるブーム法		43.8×11.4×15.3	3.6	80	DNA/RNA 同時抽出，高収量・高純度，コンパクト
テカンジャパン	Freedom EVO 75/100/150/200	全血		ビース法または固相法	570～ (EVO 75)	88×70×65 (EVO 75)	84～ (EVO 75)	700～	本体サイズ，オプション選択可
日本ビオメリュー	ニュークリセンス MINI MAG	血しょう，血清，喀痰，便	12/0.75 h	磁性シリカによるブーム法		43.8×11.4×15.3	3.6	80	DNA/RNA 同時抽出，高収量・高純度，コンパクト

バイオテック	核酸抽出装置 AGE-96	全血		ビーズ法抽出	400	70×75×75	80	850～	96 cH 同時処理，コンパクトサイズ，全自動

36. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アジア器材	4 cc スポイト L	バイオハザードの恐れのある検体を，より安全に，より確実に検体処理が行えます					
	15 mL スクリュースピッツ	DNA 測定検査などの，前処理容器として使用できます					
アゼアス	タイベック® 製防護服						
セントラル科学貿易	エアーサンプラー RCS	空中浮遊菌を定量的に分析する採取装置		4×4×33.5	1.1	29.8～	
	ANOXOMAT 嫌気培養システム	・オランダで 90 %の市場占有率を誇る。 ・最大 4 個まで嫌気培養ジャーを接続可能。 ・各ジャー毎に独立して培養条件を設定可能。	473	32×55×27.5	32	未定	
日本ビオメリュー	バクテアラート 3D	連続モニタリングシステムによる血液・抗酸菌培養装置，検出原理は CO_2 産生による色調変化により検出	100/10	85.2×61.7×91.4	170	980	同時測定可能検体数：240 検体
	〃 コンビネーション	〃	100/6	50×67.6×78.2	90	580	〃 ：120 検体
〃	バクチアラート 3 D 60	〃	〃	58.8×49.7×60.9	37	240	〃 ：60 検体
和光純薬工業	トキシノメーター MT-5500	エンドトキシン及び(1→3)-3-D-グルカンの測定が同時に行え，グラム陰性菌及び真菌による敗血症の迅速診断に有用です。	220	35×42×35.6	13	280	

37. 浸透圧計（Osmotic Pressure Manometer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	サンプル量	測定範囲	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h	μL	mOsm／kg	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オズモステーション™ OM-6050	20～30	200 以上	0～2,000	200	32×46.5×43.5	30		
	オズモスタット™ OM-6040	〃	〃	〃	150	34×36×22.2	16.5		
富士工業	アドバンス浸透圧計 3250	低濃度 2 分／検体 高濃度 3 分／検体	200～300	0～4,000	100/1.5	32×47×41	13		凍りにくいサンプル測定可能
	〃 3300	1 分/検体	20	0～2,000	100/1	26.5×33.5×39	9		最新測定データリコール機能 30 検体計算機能
〃	〃 3900	低濃度 2 分／検体 高濃度 3 分／検体	200～300	0～4,000	100/4	55×51.8×54.5	30		凍りにくいサンプル測定可能・本器に記憶されている測定結果とメッセージリコール機能

38. 尿分析装置（Urine Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	定性・定量の区別	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オーションマスター™ UM-3410	167	定量	7	450	53×68×50	50		
	オーションマックス™ AX-4280	225	定性	13	250	53×53×53	33		演算項目 P/C 比
〃	オーションジェット™ AJ-4270	450	〃	11	40	33×23×16.8	4		
	オーションミニ™ AM-4290	120	〃	10	30	35×31.5×13	3		
〃	ポケットケム™UA PU-4210	60	〃	〃	単三電池×2	12.5×8.7×3.25	0.3		
	オーションイレブン™ AE-4020	514	〃	13	45	21×32.8×16.4	3.6		演算項目 A/C 比，P/C 比
栄研化学	US-1000	180	定性	10	60	30.0×32.5×13.1	3	98	テラメックス社製
	〃 -2100 R	720	〃	〃	450	39.2×32.5×30.5	13	250	寺崎電気産業社製
〃	〃 -3100 R	480	〃	〃	600	68×89.2×67.5	115	980	〃
	〃 -3200	〃	〃	〃	〃	126.0×78.7×87	140	〃	〃
エフケム	尿中シュウ酸・クエン酸分析装置 FOM-110	6	定量	シュウ酸 クエン酸	100/3	43×55×42	30		
シスメックス	URISYS2400 尿自動分析装置	最大 240 検体/時	定量	比重，pH，蛋白質，糖，潜血，ビリルビン，ウロビリノーゲン，ケトン体，亜硝酸塩，白血球，ビタミン類，クレアチニン，カルシウム，電解質，浸透圧	200	53×65×67	85		
	尿自動装置 Miditron M	最大 300 検体/時	〃	〃	95	48×48×31	15		
バイエルメディカル	クリニテックアトラスXL	225	定性/微量アルブミン・クレアチニン	14	100/3.5	72.4×65.5(5)66.0	86.5	985	色調・混濁測定可，アルブミン指数を自動計算
	〃 100	60	〃	〃	100/0.2	39.4×32×11.2	3.9	39.8	色調・混濁入力可

〃	〃 50	〃	〃	〃	100/0.3	15.2×24.2×15.2	1.4	12.5	色調測定可，アルブミン指数を自動計算
	〃 500	514	〃	13	100/0.72	37.7×32.4×28.2	7.4	224.5	BCRにてID番号，色調混濁入力す，アルブミン指数を自動計算
〃	〃 ステータス	60	〃	14	100/0.3	17.1×27.2×15.8	1.6	9.9	小型で初のタッチパネル
和光純薬工業	プレテスター RM-805	300(最大)	定性	18	100/0.5	27×21×10	2.8	65	小型分析装置 マイクロニクス社製
	〃 RM-6050	600(最大)	〃	〃	100/1	41.5×45×39	25	245	〃

39. 自動 PSP 測定装置（Automated PSP Tester）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定項目	サンプル量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h		mL	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	ピーエスピーオート™ PSP-3120	13秒/分画尿	PSP排泄率と尿量	12	30	35×31.5×13	6		
常光	PSP-DP	20	PSP負荷		100/2	27×33×50	9	120	2波長測光方式

40. 尿沈渣分析装置（Urine Sediment Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定原理	サンプル量	分類項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h		μL	数	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
シスメックス	全自動尿中有形成分分析装置 UF-50	50	フローサイトメトリー法	約800	5	2.18 K	48×56×70	55		
	〃 UF-110 *i*	100	〃	〃	〃	2.5 K	60×61×71	68		
東洋紡績	U-SCANNER	60	顕微鏡 画像解析	約150	5 (詳細分類一部可能)	750	60×65×150	130		
日立ハイテクノロジーズ	6800尿自動分析装置	120	フローサイトメトリー+画像パターン認識	約100	自動分類6 参考出力7 検体フラグ4	分析部：100／10 画像レビュー200／10	分析部： 85×75.5×47.5	分析部： 約80		

41. 便潜血測定装置（Automated Fecal Occult Blood Analyzer）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	測定原理	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アルフレッサファーマ	ヘモテクト NS-1000	比色法	200	金コロイド 比色法	300	66×61×48	60	560	
	〃 NS-plus C	〃	300	〃	400	43.5×58.0×43.0	43	460	

〃	〃 NS-plus C 15	〃	〃	〃	〃	68.0×58.0×43.0	58	560	
	〃 NS-plus C 30	〃	〃	〃	〃	83.0×58.0×43.0	68	680	
栄研化学	OC センサーII	ワンステップレイト法	90	ラテックス凝集	350	74.2×63×43	60	630	多摩精機社製
	〃 -270R	〃	270	〃	〃	78×57.5×56	70		〃
〃	〃 -550S		550		〃	70×57.5×56	〃		〃
	OC センサー μ	ワンステップレイト法	80	ラテックス凝集	150	32×53×42	26	300	〃
〃	〃 neo	〃	250	〃	500	63×60×58	70	698	アロカ社製
協和メデックス	HM-JACK	テラックス凝集法	180	ラテックス凝集	100/3.2	55×50×50	45	450	
	〃 Plus	〃	〃	〃	100/2.8	50×53×49	30	650	
シスメックス	ヘモリアス 200	比色法	180	ラテックス免疫比濁法	150	50×61.5×45.4	35	430	
常光	HGS-180	イムノクロマト法	180	反射デンシトメトリー	100/2	65×65×60	65	650	テストキットは用手法と共用
和光純薬工業	FOBITWAKO	金コロイド比色法	250	金コロイド凝集反応		62×60×53.5	61		
	QUICK RUN	〃	10 検体/16.5 分	〃	100/1.2	24.5×30×30.5	11.2	94	便潜血小型精密分析装置 尿中総蛋白質測定可

42. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	オーションスクリーン マイクロアルブミン/クレアチン	尿中アルブミン濃度とクレアチニン濃度を測定し，さらに新たにアルブミン/クレアチニン比を演算することで，尿量補正が可能となり随時尿での性能の信頼性が向上します．					
アジア器材	12 mL 沈渣スピッツ	12 mL 沈渣スピッツは，各種尿検査器械に対応し，バーコードの貼りやすい設計になっております．					
	11.5 mL 沈渣スピッツ	〃					
エフケム	24 H 蓄尿容器	本器は普通尿と酸性尿に自動的に 2 分割する 24 時間蓄尿容器で，清潔に蓄尿ができます．		20×19×54	3		
バイエルメディカル	クリニテックアトラス	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，混濁					
	〃 500	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，微量アルブミン，クレアチニン					
〃	〃 100	〃					
	〃 50	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，微量アルブミン・クレアチニン					アルブミン指数を自動計算

〃	〃　アトラスXL	測定項目：白血球，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン，ケトン体，潜血，pH，蛋白質，ビリルビン，ブドウ糖，比重，色調，混濁，微量アルブミン，クレアチニン					〃

43. 自動組織細胞染色装置（Automatic Tissue Staining Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理工程槽	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数	数／回	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
協和メデックス	Opti Max Plus	40	40枚/1回2時間	100/4	122×61×69	76	980	
	i6000	60	60枚/1回3時間	100/3	98×61×46	53	1,200	
ダコ・サイトメーション	ダコ Autostainer	最大64バイアル	48スライド/回	最大400	102×69×61	63.5	680	試薬ドロップディスペンサー方式
	〃 , plus	〃	〃	〃	〃	〃	780	〃

44. 画像処理装置（Image Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目数	画素数	モニター（インチ）	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		種	画素	カラー／モノクロ	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
シスメックス	血液細胞画像ファイリングシステム LAFIA	最大80,000枚	有効画素数：768×494(R,G,B)	17インチフルカラー	合計：約1K以下	本体22×45×41(変更あり)	合計：100以下		CL/SV型により，Webブラウザでの画像参照等が可能

45. 画像撮影装置（Image photographic System）

会社名	商品名 型式名	検出方式	画素数	励起光	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				nm	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	ゲルドキュメンテーション解析システム ゲルドックXR	CCDカメラ	1360×1024	302 UV	400	60×36×96	32	300	

46. リアルタイム動画遠隔顕微鏡観察システム（Computer System for Telepathology）

会社名	商品名 型式名	用途	ホスト/サーバーCPU	通信回線	端末台数	希望小売価格	特長・備考
フィンガルリンク	Warp Scope	テレパソロジー，遠隔顕微鏡操作・観察	Pentium 4 3 GHz	Bフレッツベーシック	最大5施設同時接続		リアルタイム動画，遠隔顕微鏡操作

47. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アジア器材	マルチトランスチューブ	スライドガラスの輸送ケースで，アルコール固定などの固定容器，特殊染色容器としても使用できます．					
ニューコン	染色体画像解析システム カリオビジョン	染色体顕微鏡像の画像解析による自動分類．G 分染，Q 染色対応				1.500	

生理機能検査機器

48. 心電図検査システム（Electrocardiogram Analyzer）

会社名	商品名 型式名	解析方式	チャンネル数	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
茶谷産業	EKG Card	ソフト	12	4～16 VDC/17 mA	8.5×9.1×0.2	0.28	68	世界一軽量，小型心電計

49. 呼吸機能自動検査システム（Automatic Respiratory Function Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目	検出方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
茶谷産業	SpirOx Card	全	リアルタイム	5 VDC/84 mA	5.3×14×3.8	0.074	50	世界初，唯一の肺活量とパルスオキシメータがひとつになったPCカード

50. 超音波膀胱容量測定装置（Device for Bladder Volume Measurment）

会社名	商品名 型式名	測定項目	検出方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
シスメックス	ブラッダースキャンシステム BVI 6100	膀胱容量	超音波法	3.8 V リチウムイオンバッテリー		0.309		
	ブラッダーマネージャー BVI 3000	〃	〃	13.2 mW 〃	23×32×7	7.3		

システム

51. 臨床検査システム（Computer System for Clinical Laboratory）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分析	ホスト／ サーバ CPU	データ 入力方式	端末台数	オンライン 分析計台数	検査項目数	データ 保存日数	メーカー 希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	メックネット™コアラボ	生化学，血清，血液，尿	Windows 2000 Server	オーダリング，キーボード	別途相談	任意	制限なし	ディスク容量による		臨床検査システム
	〃 ミニラボ	〃	Windows 2000	〃	1～4	～8	〃	〃		データ管理システム端末
〃	〃 ケアラボ	〃	〃	〃	1～3	〃	〃	〃		クリニック用検査システム
	〃 SMBG Viewer	血糖								医療機関向け血糖値管理ソフト
アイテック阪神	MELAS-i	生化学，血清，血液，尿一般	Windows	オンライン，K/B，OCR，OMR他	1台～	1台～		ディスク容量による		
	〃 （細菌）	細菌	〃	〃	〃	任意		〃		サブシステム単独での導入も可能
〃	〃 （輸血）	輸血	〃	〃	〃	〃		〃		〃
	〃 （生理）	生理	〃	〃	〃	〃		〃		〃
〃	Path Mate	病理	〃	〃	〃			〃		
	検査結果参照webサーバ	臨床支援	〃					〃		
〃	TOHMAS-i	健診	〃	オンライン，K/B，OCR，OMR他	1台	任意		〃		
	フォローアップシステム	〃	〃	〃	〃			〃		
石川コンピュータ・センター	PC-検査	生化学，血清，血液，尿（細菌，病理）	windows 2000 Server	オーダリング，キーボード	1～	1～	999999	〃		
エイアンドティー	検体検査 CLINILAN LRP S/GL-2	生化学，血液，血清，一般，RI，	Pentium Ⅳ	オーダリング OMR，OCR，用手法	1～	任意	999999	任意		検査業務システム
	輸血検査・製剤管理 〃 /BT	輸血	〃	オーダリング OMR，OCR，用手法	〃	〃	9999	〃		〃
〃	細菌検査・感染症情報管理 〃 /MB	細菌	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃
	病理検査 〃 /PA	病理	〃	オーダリング，用手法	〃		任意	〃		〃
〃	〃 （ブラウザ版） 〃 /WebPath	〃	〃	〃	〃		〃	〃		検査業務システム
	検査室管理支援 〃 /LM		〃		〃					在庫管理・ コスト管理支援システム
〃	臨床検査情報ブラウザ CLINIWeb	検査結果照会	〃		〃					検査結果参照・ 検査状況参照システム
	個別検体データ検証 CLINIEEL Server	生化学，血液，血清	〃		〃					検査業務支援システム （精度管理）
オービーシステム	CLIP	生化学，血液，血清，一般	サーバ：2003 クライアント：XP	オーダリング OMR，OCR	1～	1～	9999	ディスク容量による		各種カスタマイズ機能
	〃 -web	結果参照	〃	〃	〃		〃	〃		セキュリティ・ユーザー設定
〃	〃 -PTH	病理	〃	〃	〃		〃	〃		画像参照・全文検索
	〃 -BCT	細菌	〃	オーダリング	〃	1～	〃	〃		簡易入力

〃	〃 -PACS	画像	〃	DICOM 対応	〃	〃	〃	〃		DICOM サーバシステム
	〃 -PRS	生理	〃	オーダリング	〃	〃	〃	〃		多様な予約条件に対応
〃	MEX-Plus	健診	〃	OMR, OCR	〃	〃	〃	〃		機能充実
小林記録紙	臨床検査システム SIMS	生化学,免疫学 血液学,尿一般	Pentium III	オンライン,キーボード,OMR 等	任意	任意	～9,999	ディスク容量による	別途見積り	
	検査報告書紹介システム TRAS		〃	Web ブラウザ	数十台		〃	〃	〃	Web サーバー：IIS イントラネット対応
シスメックス	臨床検査情報システム SIS シリーズ	血液,凝固,尿一般	Pentium III 550 MHz 以上	キーボード,マウス	別途ご相談	最大30台を想定	最大9,999	別途ご相談		CL/SV 型
	臨床検査情報システム MOLIS	血液,生化学,免疫,血清,免疫血清,免疫学的血清,一般	Pentium III 933 MHz 以上	〃	最大100台	最大254台	〃	無制限 (ディスク容量に依存)		〃
長瀬産業	感染症コントロールシステム		Widows NT	オンライン,キーボード	任意	任意		5年以上		
	臨床検査総合システム		UNIX		1～	1～	制限なし	制限なし		
〃	イメージ入力システム フォームキャッチャー	依頼書受付システム	Windows		〃			〃		画像ハンドリングによる OCR,OMR 機能の総合入力
日本電子	臨床検査情報処理システム JCS-33L	生化学/免疫血清/血液/尿一般等	Windows 2003	OMR, OCR, バーコード オーダリング他	2～任意	100	9,999	100万受付	構成により異なる	迅速検査システム
ニューコン	臨床検査システム PC-Win/Net (LABO21)	生化, 血液一般等		オンライン入力, OCR, OMR, 手入力	1～	1～	～3000	3年～	500より	
	〃 PC-Win/Net (LABO21) Light	〃		〃	〃	〃	〃	〃	250より	
〃	人間ドック健診システム PC-Win/Net (HEALTH21)	生化, 血液生理等		〃	〃	〃	～1000	〃	350より	
	輸血管理 システム PC-Win/Net (BLOOD21)	血液		〃	〃	〃		〃	〃	
〃	輸血安全管理支援システム PC-Win/Net (SAFETY21)	〃		〃	〃	〃		〃	〃	
	Web ドクター支援システム PC- Win/Net (DOCTOR21)	検査システムの照会			〃		～3000		〃	
〃	病理・細胞診システム PC-Win/Net (PATH/CYTO)	病理, 細胞診		オンライン入力, 手入力	〃			3年～	〃	
	細菌検査システム PC-Win/Net (BACT)	細菌, 微生物		〃	〃	1～		〃	〃	
〃	医用画像情報管理システム PC-Win/Net (PACS)	画像		DICOM, ビデオ等	〃	〃		1年～	500より	
ノートウェア	Clinical Ware CWx	画像 DB 含む		手入力, OMR, OCR	1台～ Max50台	1台～ Max50台	制限ナシ	5年		
	細菌検査システム	細菌検査		〃	〃	〃	〃	〃		
〃	WebLink				無制限	〃	〃			Web サーバーで検査データ提供（統計処理等）
	健診システム			〃	〃	〃	〃	5年		
バイエルメディカル	BAY-URINA システム	尿定性,定量,沈渣	ペンティアムIII 700 MHz	オンライン キー入力	MAX5台	2	70	約1年間HDD容量による	285～	

日立ハイテクノロジーズ	Labostream	検査全般	PC サーバ	キーボード, OCR, MSR, 他	任意	任意	9,999	制限なし		Windows 2000
	Lavolute	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃
フィンガルリンク	L-sys	簡易迅速検査	Windows 2000/XP	OMR 他	1～3	1～5	9,999	ディスク依存		
	〃	小規模検査システム	〃	〃			〃	〃		
〃	健康レポート	生活習慣病	〃			1～5	20	〃		
	Fjeing type F	病理検査業務	〃	オーダリング, OMR. OC	1～	1～	～9,999	〃		
〃	雷電	電子カルテ	Windows 2000 Server		〃	〃	1～	〃	500～	
山久化成	マインズ	生化学, 免疫学 血液学, 尿一般 その他	Pentium	オンライン キーボード FD, OMR	任意	任意		ディスク容量による		Windows 2000 操作性, 拡張性高機能

52. 検体前処理システム（Sample Processing System）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分野	システム構成	検体搬送方法	ラック種	処理能力	接続分析装置	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アイディエス	検体前処理搬送システム IDS-880/S1	生化学検査 血清・免疫検査	搬入,エラー搬出,遠心機,栓抜,血餅検出,分注,ラベル発行,搬出,各1台	1本搬送	1本ホルダー方式	親検体 280本/時	各メーカー約20種接続実績あり		レイアウトにより異なります		お問い合わせ下さい	・設置スペースに合わせ配置変更可能 ・再起,ストッカー各種ユニット組合せ可能
	〃 IDS-880/S2	〃	搬入,エラー搬出,搬出,栓抜,血餅検出,搬出,1台,遠心機,2台,分注,ラベル発行:3台	〃	〃	親検体 840本/時	〃		〃		〃	〃
〃	〃 IDS-880/C	凝固検査 血糖関連検査	搬入,エラー搬出,搬出 冷却遠心各1台	〃	〃	分析機の処理能力に準じます	各メーカー約5種接続実績あり		〃		〃	〃
	〃 IDS-880/U	尿検査	搬入,エラー搬出, 分注ラベル発行,搬出各1台	〃	〃	親検体 280本/時	〃		〃		〃	・尿コップから尿スピッツへ分注可能
〃	〃 IDS-780/S	全般	搬入,搬出：2台	〃	〃	親検体 400本/時			〃		〃	・設置スペースに合わせ配置変更可能 ・再起,ストッカー各種ユニット組合せ可能
	〃 IDS-780/C	〃	搬入,エラー,遠心機, 栓抜,搬出：2台	〃	〃	親検体 280本/時			〃		〃	〃
〃	〃 IDS-780/A	〃	搬入,エラー,遠心機,栓抜,血餅検出,分注,ラベル発行,搬出：2台	〃	〃	〃			〃		〃	〃
	IDS-2000PLUS	生化 血清	搬入, 血餅検出, 栓抜, 分注, 搬出	〃	〃	200本/時	各メーカー可能		163×82×156		〃	コンパクトサイズ
〃	IDS-3000	〃	搬入, 血餅検出, 栓抜, 分注, 搬出	〃	〃	300本/時	〃		217×80×160		〃	〃
アロカ	検体前処理分注装置 APS-3000シリーズ	生化学,血清	分注, 他	ラック搬送	アロカ10本ラック,他	構成による		構成による	構成による	構成による	構成による	
	〃 LabFLEX250	〃	〃	〃	アロカ5本ラック, 他	250検体/h		750	約148×78×143	450	〃	
エイアンドティー	CLINILOG Ver. 2	生化,血液,血清, 凝固,免疫	スタートストッカ,分注機,開栓機,接続ユニット,ターミナルストッカの組み合わせ	ラック方式	日立5検体ラック,メイラックス10検体ラック	構成により異なります	TBA-200FR, H7600, AIA-21, ラピッドアッセイ, メルジテック Gen-S, GA301		ユニットにより異なります	ユニットにより異なります	構成により異なります	
	〃 Ver. 3	〃	投入, 遠心, 開栓, 分注, バッファ, 回収モジュールの組み合せ	1本ホルダ方式	日立5検体ラック(検体投入に使用)	〃	Open LAZIモジュール,外部サンプリング装置		〃	〃	〃	
シスメックス	HSトランスポーテーションシステム HST-Nシリーズ	血液検査	多項目自動血球分析装置・凝固血球測定装置・塗抹標本作製装置	ベルトライン方式	シスメックス製10本ラック		XE-2100 R-3500 SP-100					
	凝固検査検体搬送システム CST シリーズ	凝固検査	全自動血液凝固測定装置	〃	〃		CA-6000 CA-5000					

〃	HSトランスポーテーションシステムXE-Alpha N	血液検査	多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	〃	〃		XE-2100 SP-100					
	〃 SE-AlphaR	〃	多項目自動血球分析装置・網赤血球測定ユニット・塗抹標本作製装置	〃	〃		SE-9000/RAM-1 SP-100					
〃	〃 SF-Alpha	〃	・多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	〃	〃		SF-3000 SP-100					
	USトランスポーテーションシステムUS-Alpha IV	尿検査	・尿中有形成分分析装置・全自動尿分析装置	〃	〃		UF-100 AX-4280					
大扇産業	自動開栓装置 APNシリーズ				各種	800〜4500/h		100/15	100×70×110	200		ポンチ型打抜き方式のフィルム栓採血管専用
	〃 ARDシリーズ				〃	600/h		〃	70×70×110	150		ゴム栓採血管専用
テクノメディカ	自動尿分取装置 UA・ROBO-600A	尿検査		ベルトコンベア		100/h		100/3	79×75×135	150	1,180	
	〃 UA・ROBO-600B	〃		ラック方式		120/h	オプションで可	〃	79×106×135	160	980	
〃	一般検査前処理システム UA・LABELER-1	〃		〃		5秒/本		〃	56×51×61	40	480	
	自動検体仕分け装置 SS-ROBO-800	径φ12〜16.5 長さ75〜100mm	6種分け	ラック方式	5本ラック 10本ラック	600検体/h	特注で可能	100/10	170×90×150	400	4,500	採血後の検体を各検査内容に応じてラックに仕分けします.
東芝メディカルシステムズ	TPS-600	全分野(除く細菌,病理)	セル方式による システム構成	1本ホルダー方式	1本ホルダー	システム構成により異なる	全分野分析装置 (除く,細菌,病理)					1本搬送方式によりリアルタイム性に優れる
ニチリョー	NSP-7000 R	PCR前処理及び汎用分注	分注,希釈他					150	30×65×59	42	185	
	NSP-7000 III	〃	〃					300	121×45×72	70	330	
日本電子	検体搬送システム JLA-701T	生化学, 免疫	搬送	ラック方式	5本又は10本ラック対応	最大1800 検体/時	生化学, 免疫他	100/40	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	検体搬送システム
日立ハイテクノロジーズ	検体前処理システム	生化学,免疫,血清,血液,凝固,尿	・検体投入部・遠心分離モジュール・開栓モジュール ほか	ラックによるベルトコンベア搬送	日立5本ラック他	250〜400検体時構成,使用条件により異なる	日立7600シリーズ他	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		
メディカルジャパン	MSシリーズ	生化学, 血清, 血液, 他	分注,ラベラー,開栓,自動遠心器,振分け	ベルトライン方式	1本,5本, 10本	構成内容により異なります	各メーカー接続実績あり		レイアウトにより異なります		問い合わせ下さい	各ユニットサイズの変更可能です
	分注システム MSシリーズ	生化学, 血清	分注, ラベラー	〃	1本,5本	250検体/h	〃		構成により異なります		〃	コンパクトサイズ
〃	高速分注システム	〃	〃	〃	〃	2,500 〃	〃		〃		〃	〃
山久化成	検体小分装置 SasuGer200	生化学・免疫 血清・外注	親検体情報(バーコード対応)に基づき, 自動的に指定本数だけ検体に小分けする.		親検体=5本ラック 小検体=各種ラックに対応	親検体150本/時		500	78×6573	80		
	〃 SasuGer180	生化学・免疫 血清・外注				〃		〃	64×65×70	60		
〃	HbA1c用検体希釈 PiaTreat200	HbA1c用	HbA1c用検体処理装置. ピアス式であって, 遠心分離された採血管の底部から, 血球(4.5〜12 μL)を採取し希釈液を(450〜1200 μL)添加した後, 溶血混和を行いHbA1c用の検体を調製する全自動装置. 採血管は閉栓, 開栓に対応, PiaTreat 200は閉栓のみ対応			600本/時		200	89.3×74×54	80		400検体同時架設
	〃 PiaTreat50α	〃				500本/時		150	47×47×64	60		
〃	〃 PiaTreat30	〃				150本/時		100	34×55×64	25		
	PiaTreat RLP-200	レムナント コレステロール	本装置はレムナントコントロール用の自動検体希釈装置で検体3 μLも精度よく採取し, スチールボールも同時に装填し, 1時間300検体を効率よく処理します			300検体/時			89.3×79×65	90		

53. オートラベラ・バーコードプリンタ（Auto Labeler & Barcord Printer）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	バーコード種	ラベルサイズ (mm)	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー 希望価格 万円	特長・備考
エプソン販売	サーマルラベルプリンタ TM-L90				最大 150 mm/秒	9種の他2次元 シンボル3種	幅34～76	24/1.7	14×14.8×20.3	1.9		
					〃 35 mm/秒	グラフィックデータとして印刷	幅43～102	約11	21×34.5×15.2	2.0		
小林記録紙	ラベルプリンタ KP-100				150 mm/秒	11種の他 2次元コード	標準50×32	300	20×38×27	10		
	〃 KP-500				200 〃	12種の他 2次元コード	〃	500	25×38×27	11		
〃	〃 ip-50				150 〃	8種 2次元コード	標準50×32 標準50×32	150	20×23×18	3		
	〃 ip-100				〃	〃	〃	〃	〃	〃		
〃	バーコードラベラー VL-150				4秒/本	7種	〃	300	22×35×29	15		
	採血業務支援システム i・pres gear	100本以上／1管種 1～4管種／8管種	径φ12～18 長さ75～100	専用トレイ	〃	〃	標準53×35	800	55.0×84.1×116.5	200		
サトー	レスプリシリーズ				ET400/ER400 2, 3, 4, 5, 6インチ/秒 ET410/ER410 2, 3, 4インチ/秒	UPC-A/E, JAN/EAN Code 39, Code 93, Code128 NW-7, カスタマバーコード, QR, PDF417, ベリーコード, Maxiコード	幅25～115 長さ15～397	380 (最大)	19.8×23×18.1	約3.0		
	SR400シリーズ				300 mm/秒 (最大)	UPC-A/E, JAN/EAN, ITF他 2次元コード(PDF-417, QRコード他)	幅22～128 長さ6～397	200 (最大)	27.1×45.5×30.5	15		
テクノメディカ	採血管準備システム BC・ROBO-787	20～100	同時搭載種類 4～28種類	専用トレイ 専用ラック	最大約400 人分/h(1患者4本)	NW 7, code 128他	50×30 50×35他	1000(基本構成)	90×124×85.5 (基本構成)	270		新製品．豊富なオプション有り．
	採血管準備装置 BC・ROBO-686	〃	〃 4～12種類	専用トレイ	〃	〃	〃	〃	90×124×78 (基本構成)	265		新製品．12管種で低価格．
〃	小型採血管準備システム BC・ROBO-mini 20	20	〃 4種類	〃	5秒/本	〃	〃	500	44.5×43×55.5	35		コンパクトサイズで卓上型．
	〃 BC・ROBO-mini 40	40	〃 〃	〃	〃	〃	〃	500	44.5×43×75.5	40		〃
〃	バーコードラベルプリンター BC-450SR					NW 7他 2次元コード	各種	380 (最大)	19.8×23×18.1	3		熱転写方式(SR) 感熱方式(S)
メディカルジャパン	ラベルプリンター MJP-01				約7行/秒	NW-7 ITF コード39 他	最大58× 80φ		11×19×11	0.6		
	〃 MJP-02				100 mm/秒	〃	最大80× 83φ		15×19×16	1.4		
〃	MSシリーズ	約250本	75～100 mm 13～16φ	5～50本 ラック	約450本/h	〃	50×32		約75×75×75	40		

54. 分注装置（Dispenser）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力 (検体/h)	バーコード種	分注量 (μL)	チャンネル数	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー 希望価格 万円	特長・備考
アロカ	ランダムアクセスワークステーション APS-790				条件により異なる		10～1000, 仕様により異なる		1.5K	約172×105×171 (本体のみ)	約500 (本体のみ)	構成による	ラックバーコード対応
	卓上型自動分注装置 LabFLEX900				〃		〃		400	約86×78×70	約90	〃	

ジーエルサイエンス	Microlab® STAR シリーズ							2/4/5/12/16/96	800	163.8×76.5×87	140	850～	分注工程をモニターする確実な試料処理容器搬送も可能
	〃 ATplusZ							12	1K	138,5×73×58	120	970	シリンジ型ディスポチップを採用，様々な試料に対応
セントラル科学貿易	Multidrop384 stacker				160プレート/h		5～395	8	80	74×46×61	32	480	小型，迅速，オートクレーブ可 スタッカー(20,30,60枚)バルク分注
	マルチドロップ384						〃	〃		31×32×16	6.2	135	
〃	マイクロフィル						5～300	〃		46×38×18	8.9	〃	
テカンジャパン	Freedom EVO 100/150/200			各種	条件により異なる	各種	0.5×5000	8	600	107/145/205 ×78×78	106～		ワークテーブル上に様々なデバイスを搭載可・ロボットアーム搭載可
大扇産業	自動分注装置 LTA-III				250		50～2,000	1	1.5K	129×100×132	350		
ニチリョー	ニチメイトステッパー						1～5,000	1				3.3	
	Multi-CHOT						3～1000	1 or 8		73×54×58	60	260	
バイオテック	マルチディスペンサー EDR-384			マイクロプレート40枚	マイクロプレート1枚約13秒		0.5～300	96,384			60	600～	96CH,384CH 対応 PC ソフト
	〃 EDR-96S/384S				マイクロプレート1枚約5秒		〃				30	280～	〃
〃	DNA 分注装置 MODEL-5000						1～20	1,8		78×52×57		650～	分注確認センサー
	シングルラインディスペンサー mini-Gene LD-01						5～2,000	8.16		36×38×27.5	15	125～	1536well plate対応
〃	マルチステージディスペンスステーション ADS-384-8						0.1～300	96,384		71×71×93.5	140	1000～	0.1 μL 超微量分注 1536 well plate 対応
	テーブルトップディスペンサー EDR-384 S II						〃	〃		42×45×54	50	300～	〃
〃	Zip Master						0.5～30	1		50×49×36		490～	MALDI TOF MS 用サンプルスポット
マトリックスアジアパシフィック	HTStation 500 II						0.5～210	384/96/12/8	100	147×85×85	130		プレート，チップラックスタッカー付1536，プレート対応
	〃 1200						0.5～300	384/96	150	100×60×65.5	85		スタッカー付 1536 プレート対応
〃	〃 800						〃	〃	〃	66.5×85.5×73	100		1536 プレート対応
	〃 500						〃	〃	〃	50×61.8×57.9	50		PC 対応，1536 プレート対応
〃	BISTEQUE 203 II						1～210	12/8	100	73.4×45.7×33.4	30		チップ式 384 プレート対応
	ピッキング装置						0.5～30	1	〃				バーコードリーダー管理
〃	HTStation 102						1～300	16	〃	40×28×26.5	9		
	Singel Station 107						0.5～300	1	〃		60		多様多様な容器対応
〃	HTSealer 2100								〃	65×76×77.5	50		粘着式
	CELTEQUE 802						10～999	16/8	〃	40×28×26.5	9		フレキシブルなソフトウェア

〃	HTStation 100						5～2,000	8	100	36×27×217	9		ノズル式，チューブセット，交換式
	BIS TEQUE205						0.5～210	24/12	100	84×67.5×66.5	80		蓋付プレートも自動で供給・回収
メディカルジャパン	MS シリーズ		75～100 mm 13～16 φ	各種	1：1 分注 約 330 検体/h	NW-7ITF コード 39 他	10～1,000			約 90×75×120 (本体のみ)	60		ユニットサイズ変更可能です
	高速分注システム		〃	〃	1：1 分注 2,500 検体/h	〃	〃			約150×120×120 (本体のみ)	150		〃
LAB Auto	10 CH 独立ヘッド分注機 LAD-10 CH						100～2,000	10	1.5K	44×105×160	95	問い合わせて下さい	スタッカー標準装備

55. 遠心分離器（Centrifugal Apparatus）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	回転数 r.p.m.	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
エッペンドルフ	5415	24		アングル	16,000×g	13,200	180	23×31×23	8.5	21	
	5702	40		スイング	2,750×g	4,400	200	32×40×24	20	19.5	
久保田商事	ハイキャンパシティ冷却遠心機 モデル 8730	130	15			4,000	200/12	64×78×86	205	130	大型チューブラック方式の多本架遠心機
	インバータ・多本架冷却遠心機 モデル 8920	96	〃			8.500	200/15	56×70×84	115	92	〃
〃	〃 ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル 5910	68	〃			〃	100/15	50×65×85	110	72	
	〃 ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル 5930	80	〃			〃	〃	〃	〃	88	
〃	テーブルトップ・多本架遠心機 モデル 8420	〃	〃			6,000	〃	53×63×37	60	49.8	
	〃 ・多本架遠心機 モデル 5420	68	〃			〃	〃	43×55×36	47	38.5	静かなブラシレスモータをインバータ駆動
〃	テーブルトップ遠心機 モデル 5220	〃	〃			5.000	〃	44×52×35	48	29.8	エコノミータイプの卓上遠心機がディジタル表示になりました
	卓上型遠心機 モデル 2420	24	〃			4.000	100/8	35×42×32	24	16.5	スイングロータが使える小型卓上型の遠心機
シスメックス	冷却遠心機 SRC-500	80		シスメックス製ラック		5.000	100/30	59×66×92	15		
セントラル科学貿易	Hemata STAT II	6	毛細管			6.000	100/1	18×13×12	0.6	29.8	1分間，ヘマトクリットリーダー装備
	プラズマプレップ	〃	2, 3, 5, 7, 10 mL			7,200	100/1.25	26×38×17.5	9	36.5	2分間，採血管不問，PRP 30 秒分離

その他の臨床検査機器

56. マイクロピペット（Micropipette）

会社名	商品名 型式名	分注容量	方式	精度	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	固定・可変	%	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アルフレッサファーマ	フィンピペットデジタルN		可変					2.75～3.8	
	〃 固定型		固定					1.8～2.5	
エッペンドルフ	リファレンス 4900	1～2,500	〃					2.1	
	〃 4910	0.1～2,500	可変					2.9～3.2	
〃	リサーチF	10～1,000	固定					1.6	
	〃 V	0.1～10,000	可変					2.8～3.3	
〃	〃 M	0.5～300	〃					7.5～8.6	マルチ 8/12 チャンネル
	マルチペットプラス	1～10,000	〃					3.9	連続分注
セントラル科学貿易	自動ピペット DIGIFLEX	2～2,000		±1%	150	17×26×40	12	165～	アベルケンダール前処理に最適
ニチリョー	ハイブリッドピペット Nichipet HB	20～1,000	可変					5.5	電動，マニュアル両機能を兼備
	オートクレーバブル Nichipet EX	0.1～10,000	〃					2.5～3.5	オートクレーブ，UV 照射可能
〃	〃 Nichipet 7000	0.5～300	〃					7.5～9.8	8，12 チャンネルピペット
	〃 Nichipet EX plus	0.1～10,000	〃					2.9～4.5	有機溶媒分注対応
〃	エルゴノミック Nichiryo Le	0.5～1,000	〃					1.5	軽量&エルゴノミック
三菱化学ヤトロン	エッペンドルフピペット リサーチV	0.1～10,000	可変					2.8～3.1	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 リサーチM	0.5～10，10～100， 30～300	〃					4.4～8.6	〃 (8 及び 12 チャンネルピペット)
〃	〃 リファレンス 4910	0.1～2,500	〃					2.9～3.2	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 マルチペットプラス 4981	1～10,000	〃					3.9	〃 (連続分注ピペット)
〃	〃 マルチペットプロ 4985	1～50,000	〃					9.5	〃 (電動，連続分注ピペット)
	〃 リサーチプロシングル	0.5～5,000	〃					5.8	〃 (電動ピペット)
〃	〃 リサーチプロマルチ	0.5～1,200	〃					10.2～12.2	〃 (電動マルチチャンネルピペット)

57. 希釈装置（Diluter）

会社名	商品名 型式名	チャンネル数	希釈方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
ジーエルサイエンス	Microlab® STAR シリーズ	2/4/8/12/16/96	チップ式	800	163.8×76.5×87	140	850	液面検知可・ソフトウェアにより多彩な希釈を容易設定可
	Microlab 500	1	ノズル式	150	15.6×17.8×33.4	4.7	54.7～	プログラムにより多彩な希釈が可能
テカンジャパン	Freedom EVO	8	チップ式	600～	107/145/205×78×87	106		希釈パラメータをソフトウェアにて設定．液面検知可
ニチリョー	マイリューターIII	1	ノズル式 チップ式	150	17.5×24×35	7.5	48	コンパクト設計
バイオテック	ハルクスオート	8, 10, 12	チップ式	700	88×68×65	100	750～	連続処理型，オートサンプリング
	EDR-96 X	8, 12	〃		83.5×50×67	90	325～	分注も可能

58. 洗浄器（Washer）

会社名	商品名 型式名	分注容量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
セントラル科学貿易	M384 Atlas Washer/タイタンスタッカー	50～3,000	126 プレート/h		74×56×61	37	580	精密コントロールにより様々なプレートに対応，最小限の残液量，スタッカー付フルオート
	マイクロプレートウォッシャー EL×50	〃			35×40×16.25	8.9	88	プログラムに従って行又は列毎に自動洗浄
テカンジャパン	プレートウォッシャー コロンブスプロ	50～400	プログラムによる	65	29×40×22	8.2	82～	96/384 ウェルプレート用ストリップタイプ
	〃 96 PW	25～300	〃	575	30×46×23	12.6	226	96 ウェルプレート同時洗浄
〃	〃 PW 384	50～400	〃	〃	38×41×24	12.0	350	384/96 〃
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	ノバパス 1575 マイクロプレートウォッシャー	0～10 μL 毎に制御	プログラムによる	100	33×53×20	9.6	88	クロスワイズ機能搭載
バイオテック	オートミニウォッシャー AMW-2	0～1,000	1,000	30	27×45×15	8	75	マイクロプレート 8, 12
	〃 AMW-24	〃	2,500	〃	〃	〃	87	〃 16, 24
〃	〃 AMW-96F	〃	〃	〃	25×45×18	11	78	低価格タイプ
	AMW-96S II	〃	5,000	85	53×39×20	30	260	全自動型
〃	セラウォッシャー AMW-192	50～500	〃	100	55×55×40	35	375	
	AMW-8	50～990			25×33×12	7	50	マイクロプレート 8

〃	MW-96 AR	〃			30×48×25.1	20	125	
	〃 -96 CR	〃			〃	25	174	ノズルツマリ防止機能付き

59. 恒温槽（Incubater）

会社名	商品名 型式名	温度精度	調整の方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		℃		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
バイオテック	プレートインキュベーター HBI-24	±0.75	デジタル	700	51×50.5×37.5	30	135	マイクロプレート24枚セット可能

60. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイディエス	分注チップ整列装置 AT-4000	洗浄したディスポチップを，ラックに1本づつ並べる装置				お問い合わせ下さい	現在ご使用のラックにセットすることも可能ですので，お問い合わせ下さい
	サンプルチューブ整列装置 ATF-30	洗浄したサンプルチューブを，ラックに1本づつ並べる装置				〃	〃
〃	採血管ナンバリング装置 SNS-500	採血管のバーコードを読み取り，必要な情報を直接採血管に印字し仕分け搬出する装置		120×80×135		〃	数字以外にも，記号，漢字等が印字可能です
	検体自走車	搬送ラインの問題点である動線妨害を解決した．人の動線を確保できる搬送装置				〃	
セントラル科学貿易	ディスポ製品	高品質ディスポ製品をリーズナブルな価格で提供． （ピペットチップ，テストチューブ，スポイト，白金耳）					
第一器業	CO_2レーザマーカ ML-9100	スライドガラス上のインクを吹きとばすことによってバーコードを作製．消えない染色されないバーコードをハイスピードで作製できます．	450	70×20×20	15	450	メンテナンスフリーレーザー
	[CRYSTAL 1] バーコード・レーザープリンティングシステム	連番コードの高速印字	〃	45×20×44	20	300	ガラス供給装置
大扇産業	自動検体シーラー ATS-100	分注済みの親検体や子検体の保管（蒸発防止，転倒対策等）の為に特殊ラミネートテープを用いて，ラック毎に自動でシーリングする装置でシール後，1本毎にカットする機能を付加できます．	100/10	50×100×70.5	70		
	チップ整列装置	分注チップ(500 μL)を自動的にチップラック内に整列投入する装置です．処理能力・チップ種類(200 μL，1,000 μL)に合わせた装置製作も可能です．	100/15	1,800×1,500×1,660	500		
Dynal／ベリタス	Dynabeads-MyOne™ シリーズ	粒径が1 μmの超常磁性ポリマービーズ．表面にカルボキシル基，トシル基，ストレプトアビジンが結合した3種類の製品をラインナップ．					
	〃 -M280, M270 〃	粒径が2.8 μmの超常磁性ポリマービーズ．表面にカルボキシル基，トシル基，アミノ基，エポキシ基，ストレプトアビジン，Protein A/Gの結合した製品をラインナップ．					
〃	〃 -M450 Epoxy	粒径が4.5 μmの超常磁性ポリマービーズ．表面にエポキシ基を有しています．					
テクノメディカ	PIS患者認識システム	PISは「患者さんの取り違い」による医療過誤の防止を主眼とした患者認識システムです．バーコード化された患者特定情報をPIS携帯端末を利用して患者とオーダー内容を処置前に照合確認することで，確実かつ正確な医療業務の遂行を支援します．患者基本情報表示をはじめ，投薬確認，輸血確認，手術予定確認，検査予定確認，投薬材料準備確認など病院内のあらゆる部署での確認作業と記録が可能です．					各施設に合わせたシステム構築が可能です．
日本ポール	血漿分離膜	全血を膜の水平方向と垂直方向血漿を分離します．					
	イムノアッセイ	高い比表面積を持ち，抗原，抗体その他のタンパクを固定できます．					

〃	コンジュゲート塗布	金コロイドや着色ラテックスなどの微粒子を安定に流出できます．					
	プレフィルトレーション	低タンパク吸着材質で検体の組成を維持しながら粒子を除去します．					
〃	マイクロアレイスライド	ガラスアレイスライドに比べ高感度，低バックグランド，低非特異反応等の特徴を持つメンブレンアレイスライド．					
	96穴フィルタープレイト	High Throughput スクリーニング用膜プレート，多検体同時精密ろ過					
〃	金コロイド	安価で，再現性，目視性の優れた金コロイドです．					
バイエルメディカル	マイクロレット	二度刺防止機能，穿刺の深さは5段階に調節可能．		32×85×20	0.18		
	マイクロレットチョイス	減圧器と採血器一体型．上腕，前腕部等の部位用			0.27		
〃	ピンレッター	キャップ，採血針一体型（ディスポタイプ）			0.1		
ユニフレックス	メカトロペット	手軽に使えるメカトロペットは個人偏差のない正確なピペッティングを実現します．					
	ユニペット AC	世界一軽いプランジャー圧を実現し，丸ごとオートクレーブ処理を可能にしました．					
ワットマンジャパン	フュージョン5 FUSION 5™	従来のイムノクロマトキットに必要な5つの機能を合わせもつ新製品です．					
	イムノポア Immunopore™	あらかじめブロッキング処理がしてあるのでそのままの状態で長期間の保存が可能であり，容易に迅速に診断薬開発を行うことのできるニトロセルロースメンブレン					
〃	ピュラバインド PuraBind™	デバイスメーカーで独自の後処理を施すことができるニトロセルロースメンブレン					
	F075シリーズ	リリースの量と速度を自在に調整でき，至適条件作りが可能なコンジュゲートパッド					
〃	Rapid Q	コーティング処理済みの使い易いコンジュゲートパッド					
	血球分離フィルター	分離モード別フィルター					
〃	サンプル採取保存紙	一定量の血液等のサンプルを採取保存					
	吸水紙	コットンセルロース性の均一なフィルターです．目的に合った吸水量・速度の素材を選べます．					
〃	医療デバイス用フィルター	医療デバイスに組み込む空気抜き用フィルター					
	サイクロポア	薬剤のスローリリースやバイオセンサー用メンブレン					
〃	アノポア	マイクロアレイ・DNAチップ用のセラミックフィルター					
	FTAカード	カード上でDNAの分離・精製，室温での保存・輸送が可能．					
〃	クローンセーバー	カード上でBAC/プラスミドDNAを簡単に分離・固定し，室温での保存が可能．					

体外診断用医薬品

生化学（1）

会社名 / 項目名	アボット ジャパン	アルフレッサファーマ	エイアンドティー	栄研化学	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	オリンパス	カイノス	協和メデックス	極東製薬工業	シスメックス
AST(ALT)		JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠	JSCC 標準化	JSCC 標準化対応法，他1	JSCC 対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応 液状試薬	UV 法	JSCC 標準化対応法，他2
ALP		〃	〃	〃	IFCC 法準拠	〃 CEAE バッファ	〃	〃	P-ニトロフェニルリン酸法	〃 ， 〃
γ-GTP		〃	〃	Rate Assay (JSCC)	〃	IFCC 対応法	〃 ，他1		Glucana 法	〃
CHE		ヨウ化ブチリルチオコリン法		DTNB 基質法	チオコリン法/ヨウ化ブチリルチオコリン法	ブチリルチオコリン基質法	p-HBC 基質法	P-ヒドロキシベンゾイルコリン 液状試薬	ベンゾイルコリン法	DMBT 法
LDH		JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化	P→L UV 法	IFCC 対応法	JSCC 標準化対応法，他1	JSCC 標準化対応液状試薬，他1	UV 法	JSCC 標準化対応法，他1
ADA									PNP-XOD 法	
MAO								アリルアミン基質		
TP		ビウレット法		ビューレット法	ビューレット法	ビューレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法
Alb		BCG 法		BCG 法，BCP 法	BCG 法	BCG 法	BCP 法	BCG 法	BCG 法	BCG 法
T-Bil		酵素法		酵素法	ジアゾ法	ジアゾ法 酵素法	酵素法			酵素法，他1
D-Bil		〃		〃			〃			〃
TBA							酵素サイクリング法			3α-HSD テトラ法
胆汁酸及び分画									酵素法	
NH_3					アンモニア指示薬法			GLDH・UV 法		
AMY		GAL-G5-4NP 法	G3-CNP 法	Gal-G5-PNP 基質法 G3-CNP 基質法	色素アミロペクチン法	E-G7-PNP 基質法	G3-CNP 法	Gal-G2-CNP 法 液状試薬	Gal-G2-CNP 法 他	Gal-G5-PNP 法，他2
リパーゼ		カラーレイト合成基質法					カラーレート法	DGGMR 基質液状試薬		
エラスターゼ1	RIA 法			LIA 法						
ACP					α-ナフチルリン酸法					
CK		JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化	IFCC 法準拠	JSCC 対応法		JSCC 標準化対応 液状試薬	HK－G6PDH 法	JSCC 標準化対応法，他1
LCAT		酵素法								
LAP				L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法		L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法	L-ロイシン・PNA 基質法，他2	GSCC 標準化対応液状試薬，他1	L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法	PNA 法，他2
3-HB							酵素サイクリング法			
TKB							〃			
AMP アイソザイム		免疫阻害法						免疫阻害法 Gal－G2・CNP 法 液状試薬		阻害抗体法，他1
LDH アイソザイム		ジアホラーゼ・NTB 法								プロテアーゼ阻害法
CK アイソザイム		免疫阻害法		EIA 法	免疫阻害法			化学発光イムノアッセイ法		阻害抗体法

シアル酸							カラーエンド法			UV法
UN		酵素法	酵素法	ウレアーゼ・GLDH法	ウレアーゼ・アンモニア指示薬法	ウレアーゼ・GLDH法	ウレアーゼUV法 アンモニア消去法	ウレアーゼ・GLDH法 液状試薬，他1	GLDH法	Urease-GL-DH法
UA		〃	〃	ウリカーゼ・TOOS法	ウリカーゼ・POD法	ウリカーゼ・POD法	ウリカーゼ・POD法	ウリカーゼ・POD法 液状試薬	ウリカーゼ・POD法	ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法
CRE		〃	〃	酵素法	酵素法	酵素法	酵素法	ザルコシンオキシダーゼ法 液状試薬	ザルコシンオキシダーゼ法	酵素法，他1
CR							〃			
NAG								PNP-NAG基質酵素法		
Glu			GOD固定化酵素膜電極法	ヘキソキナーゼG6PD法	GOD・POD色素法	ヘキソキナーゼ・G6PDH法	ヘキソキナーゼUV法	GLck-NADPHUV法 液状試薬		HK法，他2
HbA_{1c}				HPLC法				ラテックス免疫法		免疫比濁法
1，5AG							酵素法	AG6P-DH, DIP(ホルマザン)液状試薬		
U-GL							ブドウ糖脱水素酵素法			
GA				酵素法				酵素法 液状試薬 糖化アミノ酸消去		
乳酸					乳酸酸化酵素POD色素法			LAOD-POD法		
ピルビン酸								PAOD-POD法		
ALD		UV・酵素法								
TG		酵素法	酵素法	遊離グリセロール消去法・酵素法	酵素法	CHOD/PAP法	酵素法(グリセロール消去法)	FG消去法 酵素法 液状試薬	酵素法	HK-UV法，他1
PL		〃		酵素法			酵素比色法	PLD-POD法 液状試薬	〃	PLD-POD法
NEFA		〃		〃				ACS-ACO-POD高感度発色剤BCMA		ACS-ACOP-SLEP法
T-CHO		〃	酵素法	CO-POD法	COE・COD・POD色素法	CHOD/PAP法	コレステロール酸化酵素比色法	CHER-CHOD-POD液状試薬	酵素法	CDH-UV法，他1
F-CHO		〃		酵素法			酵素法	CHOD・POD液状試薬		〃
HDL							非沈殿操作法			
HDL-CHO			直接法	酵素法	デキストラン硫酸-Mg沈殿法			直接法		CDH-UV法，他1
LDL							非沈殿操作法			
LDL-CHO				直接法				直接法		選択酵素阻害法
Na			イオン選択電極法		ISE直接法					電極法
K			〃		〃					〃
Cl			〃		〃					〃
HCO_3					酵素法					
Ca		OCPC法		OCPC法	アルセナゾIII色素法	OCPC法	OCPC法 アルセナゾIII法			OCPC法
Mg		マグノレッド法			色素法	キシリジルブルー法	酵素法	GK-GGPDH UV法 液状試薬		酵素法

IP		モリブデン酸直接法			リンモリブデン酸比色法	モリブデン酸直接法	〃	PNP－XOD－POD 液状試薬	酵素法	〃
Fe				Nitroso－PSAP 法	アゾピリジン色素法	ニトロソ－PSAP 法	ニトロソ－PSAP 法	ニトロソ-PSAP 法　液状試薬	Nitroso－PSAP 法	フェレン法
UIBC				〃		〃	〃	〃	〃	〃
尿中微量アルブミン				LIA 法			免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁法

生化学（2）

会社名 / 項目名	常光	第一化学薬品	ダコ・サイトメーション	デイドベーリング	デンカ生研	東芝メディカルシステムズ	東ソー	ニットーボーメディカル	ニプロ	バイエルメディカル
AST（ALT）		JSCC 勧告法準拠		IFCC 法 / JSCC 法準拠	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	IFCC 標準化対応法
ALP		〃		〃 Boners-Mccomb 法	〃	〃		〃	Kind－King 改良法	〃
γ-GTP		γ-グルタミルCNA 基質法		IFCC 法準拠	IFCC 標準化対応法	〃		〃	JSCC 標準化対応法	〃
CHE		3, 4-ジヒドロキシベンゾイルコリン基質法		チオコリン法/ヨウ化メチルチオコリン	DTNB 法	合成基質法		P-ヒドロキシベンゾイルコリン基質法	ベンゾイルコリン基質法	プロピオニルチオコリン基質法
LDH		JSCC 勧告法準拠		Wacker 変法/JSCC 法準拠	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	L→P UV 法
ADA					UV-Rate 法			UV-Rate 法		
TP		ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法
Alb		BCG 法		BCP 法	BCG 法	BCG 法 BCP 法		BCG 法	BCG 法 BCP 法	BCG 法
T-Bil		アゾビリルビン法		Jendrassik 法/バナジン酸法	酵素法	亜硝酸酸化法		亜硝酸酸化法	安定化ジアゾニウム法	ジアゾ法
胆汁酸及び分画		酵素サイクリング法								
NH_3				GLDH・UV 法		酸素法		UV 法		
AMY		Gal-G2-CNP 基質法		G 3 CNP 法	Et-G 7 pNP 法	合成基質法		ガラクトシル-G 5-PNP 法	Gal-G 2-CNP 法	G3-CNP 法
ACP				TMP 基質法				DCAP-P 基質法		
CK		JSCC 勧告法準拠		Oliver－Rosalki 変法/JSCC 法準拠	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応法	IFCC 法	IFCC 標準化対応法
LCAT		真鍋・板倉法								
LAP		L－ロイシル PNA 基質法		PNA 基質法		合成基質法		L-ロイシル-P-アニリド法	GSCC 法	
ALP アイソザイム	電気泳動による分画									
AMP アイソザイム		Gal-G2-CNP 基質法	酵素法							
LDH アイソザイム	電気泳動による分画									
CK アイソザイム	〃		EIA 法 CK-MB	免疫阻害法/ELISA 法（CKMB）/EIA（マス CKMB）			EIA 法 CK-MB	免疫阻害法 CK-MB		
シアル酸									酵素 UV 法	

UN		UV・レート法		ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ・GLDH 法		ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアLeuDH法（ダブルカイネティック法）	GLDH 法
UA		酵素法		ウリカーゼ・UV 法	酵素法	ウリカーゼ・POD 法		ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ POD 法	ウリカーゼ POD 法
CRE		〃		ヤッフェ・レート法/酵素法	〃	酵素法		酵素法	酵素法	Jaffe 法
NAG						合成基質法		MPT－NAG 基質法		
シスタリンC				NIA 法						
Glu		ヘキソキナーゼ法		HK 法	HK-G 6 PD 法	HK-G-6-PDH 法		ヘキソキナーゼ UV 法	HK，GLDH 法	ヘキソキナーゼ法
HbA_{1c}		ラテックス凝集法	原料用抗体	免疫学的方法	ラテックス免疫凝集法		HPLC 法			
乳酸				酵素法				酵素法		
ALD		酵素法								
TG		〃		酵素法，グリセリン消去法	酵素法	酵素法		酵素法（フリーグリセロール消去法）	LPL－GK－GPO－POD 酵素法	酵素比色法
PL		〃		酵素法	〃	〃			フォスフォリパーゼ D 酵素法	酵素法
NEFA		〃								
T-CHO		〃		酵素法	酵素法	酵素法		酵素法（POD 法）	COE－COD－POD 法	酵素法
HDL-CHO		直接法		直接法	直接法	直接法		直接法		デキストラン硫酸 Mg 沈殿法
LDL-CHO		酵素的測定法		直接法	直接法	直接法		直接法		
Na				イオン選択性電極法		イオン選択電極法			電極法	電極法
K				〃		〃			〃	〃
Cl				〃		〃			〃	〃　他 1
Ca		OCPC 法		OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法		OCPC 法	アルセナゾ III 法	OCPC 法
Mg		キシリジルブルー法		メチルチモールブルー法	酵素法	酵素法		酵素法		キシリジルブルー法
IP		フィスケ・サバロー変法		モリブデン酸・UV 法/酵素法	〃	〃		〃	酵素法	モリブデン酸 UV 法
Fe		フェロジン発色法		Ferene 法		ニトロソ－PSAP 法		ニトロソ－PSAP 法		直接比色法
UIBC		〃				〃		〃		
TIBC				Ferene 法						
尿中マイクロトランスフェリン								免疫比濁法（LA 法）		
尿中微量アルブミン			免疫比濁用 EIA 用原料	NIA 法，TIA 法	免疫比濁法			〃	免疫比濁法	免疫比濁法

生化学（3）

会社名 / 項目名	三菱化学ヤトロン	ミズホメディー	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業						
AST（ALT）	UV・レート法，他2		JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応						
ALP	p-ニトロフェニルリン酸基質法，他1	PNP基質法	〃	〃						
γ-GTP	γ-グルタミル-p-ニトロアニリド，他1	3-カルボキシ-4-ニトロアニリド基質法	〃	〃						
CHE	BTC－DTNB法，他3		ベンゾイルコリン基質法	5メチル2ラノイルーチオコリン基質法 他1						
LDH	UV・レート法，他1	UV・RATE法	JSCC標準化対応法/SFBC勧告法	JSCC標準化対応						
ADA		UV・RATE法								
TP	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法						
Alb	BCG法	BCG法	BCG法	BCG法，新BCP法						
T-Bil	酵素法		ジアゾ法	バナジン酸法，他1						
胆汁酸及び分画	酵素比色法			酵素法						
NH_3			GLDH法							
AMY	B－G5－β－CNP法，他3	Gal-G2-CNP法	IFCC準拠法	BG5P基質法						
エラスターゼ1	ラテックス免疫比濁法									
ACP	Kind-King法		1-ナフチルリン酸法	CNP基質法						
CK	UV・レート法，他1	3-カルボキシ-4-ニトロアニリド基質法	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応						
LAP		PNP基質法	GSCC準拠法	4NA						
AMPアイソザイム			免疫阻害法 P-AMY	免疫阻害法 P-AMY						
CKアイソザイム	免疫阻害法		免疫阻害法 CK-MB	免疫阻害法 CK-MB						
CKアイソホーム	〃									
シアル酸				酵素法						
UN	ウレアーゼ・UV法，他1	ウレアーゼUV・RATE法(NH_3回避)	酵素法	アンモニア消去法，他1						
UA	酵素法	ウリカーゼ・POD法	〃	ウレカーゼ・POD法						
CRE	〃	クレアチニナーゼPOD法	〃 /Jaffe法	酵素法，他1						
NAG			合成基質法	4HP-NAG基質法						
シスタチンC	ラテックス免疫比濁法									
Glu	GlcK（UV・エンドポイント法）	HK・UV法	酵素法（HK/G6PDH法）	ヘキソキソーゼ・UV法						

HbA_{1c}			ラテックス免疫法，他1	免疫阻害比濁法						
フルクトサミン			NBT法	酵素法						
ALD			UV・酵素法	UVレート法						
TG	GPO酵素法	GK・G3POD法(グリセロール消去)	酵素法	グリセリン消去法，他1						
PL	酵素法	酵素比色法	〃	酵素法						
NEFA	酵素・UV法		〃	〃						
T-CHO	酵素法	コレステロールオキシダーゼ法	〃	〃						
HDL-CHO			化学修飾酵素法	免疫阻害法						
LDL-CHO			選択的可溶化法	選択保護法						
Na			電極法	イオン選択電極法						
K			〃	〃						
Cl			〃	〃						
Ca	OCPC法	OCPC法	OCPC法	MXB法，他1						
Mg	GlcK・G-6-PDH法		キシリジルブルー法	酵素法，他1						
IP	酵素法	酵素法	モリブデン酸UV法	〃，〃						
Fe	NPS法	ニトロソPSAP法	フェロジン法，他1	バソフェナントロリン法						
UIBC	〃	〃	〃	〃						
Cu		DiBr-PAESA法								
尿中微量アルブミン	免疫比濁法，他1		免疫比濁法	免疫比濁法						

免疫血清（1）

会社名 / 項目名	アルフレッサファーマ	アボット ジャパン	医学生物学研究所	エイアンドティー	栄研化学	大塚製薬	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	オリンパス	カイノス	協和メデックス
IgG			免疫比濁法	LIA 法	LIA 法 TIA 法			TIA 法	免疫比濁法	
IgA			〃	〃	〃			〃	〃	
IgM			〃	〃	〃			〃	〃	
IgD					LIA 法			〃		
IgE		MEIA 法	ELISA 法	LIA 法	LIA 法 EIA 法，RIA 法			〃	EIA 法	化学発光イムノアッセイ法
C 3・C 4			免疫比濁法	〃	LIA 法 TIA 法			〃	免疫比濁法	
SAA					LIA 法					
Hbt					〃					
α_1AG					〃					
α_1AT					〃					
α_1M					〃					
Tf					〃					
ミオグロビン				LIA 法	EIA 法 RIA 法				EIA 法	化学発光イムノアッセイ法
ミオシン									〃	
トロポニン T										化学発光イムノアッセイ法
〃 I					EIA 法					〃
CRP	免疫比濁法		ラテックス比濁 ラテックス凝集法	LIA 法	LIA 法			ラテックス法	ラテックス免疫比濁法 免疫比濁法	免疫比濁法
フェリチン		MEIA 法 CLIA 法		〃	EIA 法 CLEIA 法		CLEIA 法		EIA 法	化学発光イムノアッセイ法
β-Lipo	ヘパリン-Ca 法				TIA 法			TIA 法	免疫比濁法	
Lp(a)			免疫比濁法	LIA 法	LIA 法					
ApoA-I			〃		免疫比濁法 TIA 法				免疫比濁法	
〃 -II			〃		〃				〃	
ApoB			〃		〃				〃	
ApoC-II			〃		〃				〃	
〃 -III			〃		〃				〃	
ApoE			〃		〃				〃	

β_2-M		MEIA 法		LIA 法	EIA 法 RIA 法				EIA 法	ラテックス凝集積分球濁度法
インスリン		〃	ELISA 法		〃				〃	化学発光イムノアッセイ法
C-ペプチド					〃				〃	〃
ACTH										化学発光免疫法
LH		MEIA 法 CLIA 法			RIA 法 EIA 法		CLEIA 法		EIA 法	〃
FSH		〃			〃		〃		〃	〃
プロラクチン		〃			〃		〃		〃	〃
TSH		〃			RIA 法 ELISA 法，EIA 法		〃		〃	〃，他 1
T_3・T_4		〃			RIA 法 EIA 法		〃		〃	化学発光イムノアッセイ法
FT_3・FT_4		〃			〃 ELISA 法		〃		〃	〃
T_3U							〃			〃
TgAb・TPOAb			ELISA 法		EIA 法				ELISA 法	〃
intact PTH										化学発光免疫法
Bio inact										〃
コルチゾール		FPIA 法			RIA 法 EIA 法		CLEIA 法		EIA 法	化学発光イムノアッセイ法，他 1
17-OHP					ELISA 法					
プロゲステロン					EIA 法		CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法
テストステロン					〃		〃			〃
hCG		MEIA 法 イムノクロマト法			LIA 法 EIA 法 用手法		〃		EIA 法	化学発光免疫法
β-hCG		MEIA 法 CLIA 法								
E_2		〃			EIA 法		CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法
E_3		FEIA 法			LIA 法					
hPL					〃					
BNP					EIA 法					化学発光イムノアッセイ法
HGH					RIA 法 EIA 法					化学発光免疫法
梅毒反応		イムノクロマト法		LIA 法	LIA 法 CLEIA 法 用手法		イムノクロマト法		ラテックス免疫比濁法，TPLA 法	
クラミジア (Ag・Ab)									ELISA 法	EIA，プレート法
ASO				LIA 法	LIA 法			ラテックス法	ラテックス免疫比濁法，免疫比濁法	
HA (AD)		MEIA 法								

HBs(Ag・Ab)		MEIA 法 イムノクロスト法 CLIA 法			CLEIA 法 EIA 法		CLEIA 法，他			ラテックス凝集積分球濁度法
HBe(〃)		MEIA 法 CLIA 法			EIA 法		〃			
HBcAb		〃			〃		〃			
HBcIgMAb		MEIA 法 CLIA 法 RIA 法					〃			
HAVIgMAb		MEIA 法					〃			
HCV(Ag)					CLEIA 法		〃			
HCV(Ab)	ELISA 法	MEIA 法 CLIA 法 PHA 法			〃		CLEIA 法 IRMA 法，他 4			
HIV(Ab)		MEIA 法 イムノクロマト法					IRMA 法			
AFP	金コロイド比色法	NEIA 法 CLIA 法		LIA 法	EIA 法 RIA 法		CLEIA 法		EIA 法	化学発光イムノアッセイ法
CEA					〃		〃		〃	〃
SCC		MEIA 法								
NSE					RIA 法					
PAP		MEIA 法			EIA 法 RIA 法					
PSA		〃 CLIA 法			ELISA 法 RIA 法 EIA 法		CLEIA 法		EIA 法 イムノクロマト法	化学発光イムノアッセイ法
CPSA										〃
γ-Sm									EIA 法	
CA 19-9		MEIA 法 CLIA 法			EIA 法 CLEIA 法		CLEIA 法		〃	化学発光イムノアッセイ法
CA 50									〃	
DU-PAN 2										EIA・プレート法
CA 15-3		MEIA 法			EIA 法		CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法
CA 125		〃			EIA 法 CLEIA 法		〃			〃
ペプシノーゲン I		CLIA 法			LIA 法 ELISA 法 CLEIA 法				EIA 法 ELISA 法	EIA・プレート法
〃 II					〃				〃	〃
RF			ラテックス凝集法 ELISA 法	LIA 法	LIA 法			TIA 法	ラテックス免疫比濁法　免疫比濁法	
抗核抗体			ELISA 法 間接蛍光抗体法						Hap II ELISA 法	
抗ミトコンドリア抗体			〃							
抗 LKM-1 抗体			〃							
抗 Dsg 抗体			間接蛍光抗体法							
抗リン脂質抗体			〃 ELISA 法		LIA 法					

抗酸菌抗体										EIA・プレート法
MMP-3			ELISA 法							
ANCA			〃 間接蛍光抗体法							
H・Pylori 抗体	ELISA 法				ELISA 法 CLEIA 法	イムノクロマト法 ELISA 法　他			EIA 法	EIA・プレート法
糞便ヘモグロビン(便潜血)	金コロイド比色法	イムノクロマト法			LIA 法					ラテックス免疫法

免疫血清（2）

会社名 項目名	極東製薬工業	シスメックス	常光	第一化学薬品	ダコ・サイトメーション	デイドベーリング	デンカ生研	東芝メディカルシステムズ	東ソー	日水製薬
IgG	免疫比濁法	免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁用, EIA 用原料	NIA 法, TIA 法	免疫比濁法			
IgA	〃	〃		〃	〃	〃	〃			
IgM	〃	〃		〃	〃	〃	〃			
IgE		PAMIA 法			〃	CLEIA 法 NIA 法	ラテックス凝集法	LIA 法	EIA 法	EIA 法
C3・C4	免疫比濁法	免疫比濁法		免疫比濁法	〃	NIA 法 TIA 法	免疫比濁法			
ミオグロビン	ラテックス比濁法				原料用抗体	NIA 法 EIA 法	ラテックス凝集法	LIA 法	EIA 法	EIA 法 蛍光免疫法
トロポニンI					〃	EIA 法			〃	EIA 法
CRP	ラテックス比濁法	ラテックス凝集法, 他 1		ラテックス免疫比濁法	免疫比濁用, EIA 用原料	NIA 法, TIA 法 LA 法	ラテックス凝集法	LIA 法 TIA 法		LIA 法 蛍光免疫法
フェリチン	〃	EIA 法 RPHA 法			〃	NIA 法 CLEIA 法	〃	LIA 法	EIA 法	EIA 法
β-Lipo		免疫比濁法		ヘパリン比濁法						
Lp(a)		ラテックス比濁法	等電点電気泳動アイソホーム法	免疫比濁法	免疫比濁用, EIA 用原料	NIA 法	ラテックス凝集法	LIA 法		
ApoA-I		免疫比濁法		〃	〃	〃				
〃 -II		〃		〃		〃				
ApoB		〃		〃	免疫比濁用, EIA 用原料	〃				
ApoC-II		〃		〃						
〃 -III		〃		〃						
ApoE		〃	等電点電気泳動アイソホーム法	〃	免疫比濁用, EIA 用原料	NIA 法				
β_2-M		PCIA 法				NIA 法 CLEIA 法		LIA 法	EIA 法	EIA 法
インスリン		EIA 法 PCIA 法			原料用抗体	CLEIA 法			〃	〃
C-ペプチド					〃	〃			〃	〃

GH										〃
LH			ワンステップ イムノクロマト法		免疫比濁用, EIA 用原料	CLEIA 法			EIA 法	EIA 法 蛍光免疫法
FSH					〃	〃			〃	EIA 法
プロラクチン						〃			〃	〃
TSH					免疫比濁用, EIA 用原料	CLEIA 法 EIA 法			〃	〃
T_3・T_4					〃	〃			〃	〃
FT_3・FT_4						〃			〃	〃
TgAb・TPOAb									〃	〃
コルチゾール					免疫比濁用, EIA 用原料				〃	〃
カルシトニン					〃					
カテコールアミン									HPLC 法	
プロゲステロン									EIA 法	EIA 法 蛍光免疫法
テストステロン									〃	EIA 法
hCG			ワンステップ イムノクロマト法		免疫比濁用, EIA 用原料	EIA 法			〃	〃
β-hCG						〃			〃	〃
E_2									〃	EIA 法 蛍光免疫法
hPL									〃	
BNP					原料用抗体				〃	EIA 法
梅毒反応	ラテックス比 濁法	EIA 法, RPHA 法 PCIA 法				EIA 法, NIA 法 CLEIA 法				蛍光免疫法
クラミジア (Ag・Ab)	ELISA 法	直接蛍光抗体法			原料用抗体					
ASO	ラテックス比 濁法	ラテックス凝 集法				NIA 法 TIA 法 LA 法	ラテックス凝 集法	LIA 法 TIA 法		LIA 法
HBs (Ag・Ab)	〃	EIA 法 PCIA 法			免疫比濁用, EIA 用原料	EIA 法 CLEIA 法			EIA 法	EIA 法
HBe (〃)		〃				〃			〃	蛍光免疫法, EIA 法
HBcAb		〃			免疫比濁用, EIA 用原料	〃			〃	〃
HCV(Ag)										蛍光免疫法
HCV(Ab)		EIA 法 PCIA 法								
HIV(Ab)		PCIA 法				EIA 法				
HTLV-1		〃								
AFP		EIA 法 PCIA 法			免疫比濁用, EIA 用原料	CLEIA 法			EIA 法	EIA 法

CEA		〃			〃	〃			〃	〃
NSE						〃				
PAP		EIA 法							EIA 法	EIA 法
PSA		〃 PCIA 法			原料用抗体	CLEIA 法 EIA 法			〃	〃
F-PSA						EIA 法				
CA 19-9		EIA 法 PCIA 法				CLEIA 法			EIA 法	EIA 法
CA 15-3									〃	〃
CA 125		EIA 法 PCIA 法				CLEIA 法			〃	〃
RF	ラテックス比濁法	ラテックス凝集法，他 1				NIA 法　TIA 法 LA 法	ラテックス凝集法	LIA 法 TIA 法		LIA 法
H・Pylori 抗体		ウレアーゼ法		ラテックス凝集法		CLEIA 法				
糞便ヘモグロビン(便潜血)		ラテックス法			原料用抗体					

免疫血清（3）

会社名 / 項目名	ニットーボーメディカル	ニプロ	日本ビオメリュー	バイエルメディカル	富士レビオ	三菱化学ヤトロン	ミズホメディー	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業	
IgG	免疫比濁法 (TIA 法)			免疫比濁法		免疫比濁法		免疫比濁法	TIA 法	
IgA	〃			〃		〃		〃	〃	
IgM	〃			〃		〃		〃	〃	
IgE			EIA 法	CLIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1		電気化学発光法	LIA 法，他 2	
特異 IgE				〃					EIA 法	
C 3・C 4	免疫比濁法 (TIA 法)			免疫比濁法		免疫比濁法		免疫比濁法	TIA 法	
Hpt	〃									
α_1AG	〃									
α_1AT	〃									
Tf	〃							ラテックス凝集比濁法		
ミオグロビン			EIA 法	CLIA 法		ラテックス免疫比濁法		電気化学発光法	TIA 法	
トロポニンI			〃	〃				〃		
CRP	免疫比濁法 (TIA 法，LA 法)	免疫比濁法		免疫比濁法	FPIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	免疫比濁法	免疫比濁法，ラテックス凝集比濁法	LIA 法，他 1	
フェリチン	免疫比濁法 (LA 法)		EIA 法	EIA 法 CLEIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1		EIA 法 電気化学発光法	CLEIA 法，他 1	

β-Lipo						免疫比濁法	ヘパリンカルシウム比濁法	ヘパリン比濁法	TIA 法	
Lp(a)	免疫比濁法 (TIA 法)				免疫比濁法			ラテックス凝集比濁法	〃	
ApoA-Ⅰ	〃							免疫比濁法	〃	
〃 -Ⅱ	〃								〃	
ApoB	〃							免疫比濁法	〃	
ApoC-Ⅱ	〃								〃	
〃 -Ⅲ	〃								〃	
ApoE	〃							免疫比濁法	〃	
β_2-M	免疫比濁法 (LA 法)		EIA 法	EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 2			CLEIA 法	
インスリン				CLIA 法	〃	〃 他 1		電気化学発光法	〃 他 1	
C-ペプチド				〃	〃	CLEIA 法		〃	〃	
GH						〃				
LH		定性，金コロイドクロマト法	EIA 法	EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法	〃 ，他 1		電気化学発光法	CLEIA 法	
FSH			〃	〃	〃	〃		〃	〃	
プロラクチン			〃	〃	〃	〃		〃	〃	
TSH			〃	〃	〃	FIA 法，他 1		〃	〃	
T_3・T_4			〃	〃		CLEIA 法		〃	〃	
FT_3・FT_4			〃	〃	CLEIA 法	FIA 法，他 1		EIA 法 電気化学発光法	〃	
TgAb・TPOAb				CLIA 法	〃	CLEIA 法		電気化学発光法		
抗 TPO				〃		〃				
コルチゾール			EIA 法	EIA 法 CLIA 法		〃		電気化学発光法		
プロゲステロン			〃		CLEIA 法	〃		〃		
テストステロン			〃		〃			〃		
hCG		定性，金コロイドクロマト法	EIA 法	EIA 法 CLIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	イムノクロマト法	〃	イムノクロマト法	
β-hCG						CLEIA 法		〃		
E_2			EIA 法	EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法	〃		〃		
hPL						ラテックス免疫比濁法，他 1				
エストロジエン						〃				
梅毒反応					CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法	イムノクロマト法	ラテックス凝集比濁法	LIA 法，他 1	

クラミジア (Ag・Ab)			EIA 法(Ag)		DNA プローブ法	EIA 法				
ASO	免疫比濁法 (TIA 法, LA 法)				PA 法	ラテックス免疫比濁法, 他 1		ラテックス凝集比濁法	LIA 法	
HA (Ab)			EIA 法(IgM)		CLEIA 法			電気化学発光法		
HBs(Ag・Ab)			〃	CLIA 法	〃	TR-FIA 法, 他 1	イムノクロマト法	〃	CLEIA 法	
HBe(〃)			〃		〃			〃	〃	
HBcAb			〃	CLIA 法	〃			〃	〃	
HBcIgMAb			〃	〃	〃					
HCV(Ag)					〃	ラテックス免疫比濁法(Ab)				
HIV			EIA 法(Ag・Ab)		〃					
ATL					〃					
AFP			EIA 法	EIA 法 CLIA 法	〃	ラテックス免疫比濁法, 他 1		電気化学発光法	CLEIA 法, 他 1	
AFP-L 3 %									LBA 法	
PIVKA-II					CLEIA 法					
CEA			EIA 法	EIA 法 CLIA 法	〃	ラテックス免疫比濁法, 他 1		EIA 法 電気化学発光法	CLEIA 法, 他 1	
NSE								〃	〃	
PA				EIA 法 CLIA 法		ラテックス免疫比濁法, 他 1				
PAP	免疫阻害法					IRMA 法 CLEIA 法				
PSA					CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法, 他 1		電気化学発光法	CLEIA 法	
FPSA								〃		
CPSA				CLIA 法						
CA 19-9				FIA 法 CLIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法, TR-FIA 法		電気化学発光法	CLEIA 法	
CA 15-3				〃	〃	CLEIA 法		〃		
CA 125				〃	〃	〃		〃	CLEIA 法	
CA 72-4								〃		
RF	免疫比濁法 (TIA 法, LA 法)					ラテックス免疫比濁法, 他 1		ラテックス凝集比濁法	LIA 法, 他 1	
H・Pylori 抗体				EIA 法			イムノクロマト法		CLEIA 法	
プレアルブミン	免疫比濁法 (TIA 法)								TIA 法	
糞便ヘモグロビン(便潜血)				MPA 法	磁性粒子凝集反応	ラテックス免疫比濁法	イムノクロマト法		金コロイド比色法(免疫法)	
RBp	免疫比濁法 (LA 法)									

血液凝固・線溶（1）

会社名 / 項目名	エイアンドティー	栄研化学	カイノス	極東製薬工業	シスメックス	第一化学薬品	ダコ・サイトメーション	デイドベーリング	東芝メディカルシステムズ	日水製薬
PT	凝固時間法				凝固時間法	凝固時間法				
PTT	〃				〃	〃				
トロンボテスト	〃				〃	〃				
ヘパプラスチンテスト	〃				〃	〃				
プロテインC					凝固時間法，合成基質法	発色性合成基質法	免疫比濁用，EIA 用原料			
プロテインS							〃			
ATIII	LIA 法	LIA 法			凝固時間法，合成基質法	発色性合成基質法	〃	NIA 法		蛍光免疫法
α_2PI					合成基質法	〃	ディスコン			
PLG					〃	〃		NIA 法		
FDP-T	LIA 法	LIA 法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス比濁法	ラテックス凝集比濁法	免疫比濁法				蛍光免疫法
FDP-E	〃									
D-D ダイマー	〃		ラテックス免疫比濁法	ラテックス比濁法	ラテックス凝集比濁法，他 1	免疫比濁法				蛍光免疫法
P-FDP	〃		〃							〃
Fbg	凝固時間法	LIA 法			トロンビン時間	凝固時間法		NIA 法	TIA 法	
TAT					EIA 法			EIA 法		
PIC					〃 ，他 1	免疫比濁法				蛍光免疫法
第II凝固因子					凝固時間法	凝固時間法				
第V凝固因子					〃	〃				
第VII凝固因子					〃	〃				
第VIII凝固因子					〃 ，他 1	発色性合成基質法，他 1	免疫比濁用，EIA 用原料			
第IX凝固因子					〃	凝固時間法				
第X凝固因子					〃	〃	免疫比濁用，EIA 用原料			
第XI凝固因子					〃	〃				
第XII凝固因子					〃	〃				
第XIII凝固因子										
複合因子					凝固時間法					

ヘパリン					合成基質法	発色性合成基質法				
F 1+2								EIA 法		
FMC										蛍光免疫法

血液凝固・線溶（2）

会社名 / 項目名	ニットーボーメディカル	ニプロ	日本ビオメリュー	三菱化学ヤトロン	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業				
PT			凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法				
PTT			〃		〃	〃				
トロンボテスト				凝固時間法		〃				
ヘパプラスチンテスト				〃		〃				
プロテインC				ラテックス免疫比濁法，他1	合成基質法 凝固時間法					
プロテインS				合成基質法	凝固時間法					
ATIII	合成基質法 TIA 法		合成基質法	ラテックス免疫比濁法，他1	合成基質法					
α_2PI	合成基質法		〃	合成基質法	〃					
PLG	合成基質法 TIA 法		〃	〃	〃					
FDP-T	ラテックス凝集比濁法	ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法						
FDP-E		〃		〃	〃					
D-D ダイマー		〃	ラテックス凝集法，EIA 法	〃 ，他1	〃					
P-FDP					〃					
Fbg	免疫比濁法		凝固時間法	塩析法	凝固時間法 免疫比濁法	凝固時間法				
TAT				TR-FIA 法						
PIC				ラテックス免疫比濁法，他1						
第II凝固因子			凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法					
第V凝固因子			〃	〃	〃					
第VII凝固因子			〃	〃	〃					
第VIII凝固因子			〃	〃	〃					
第IX凝固因子			〃	〃	〃					
第X凝固因子			〃	〃	〃					

第XI凝固因子			〃	〃	〃					
第XII凝固因子			〃	〃	〃					
第XIII凝固因子		ラテックス凝集比濁法		ラテックス免疫比濁法，他1	ラテックス免疫凝集比濁法					
複合因子				凝固時間法						
〃　TT					凝固時間法					
〃　HT					〃					
FMC				ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法					
ヘパリン				合成基質法						
FDP-U				ラテックス免疫比濁法						

血中薬物（1）

会社名 / 項目名	アボット ジャパン	協和メデックス	第一化学薬品	デイドベーリング	バイエルメディカル	三菱化学ヤトロン	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業		
N-アセチルプロカインアミド	FPIA 法			PETINIA 法			FPIA 法			
アセトアミノフェン	〃			酵素加水分解法						
アプリンジン	〃									
アミカシン	〃									
アルベカシン	〃									
エタノール	〃			酵素法			酵素法	酵素法		
エトスクシミド	〃			EMIT 法				EMIT 法		
カルバマゼピン	〃	化学発光イムノアッセイ法	CEDIA 法	〃 PETINIA 法	CLIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	FPIA 法	〃		
キニジン	〃			〃			〃			
ゲンタマイシン	〃	化学発光イムノアッセイ法		〃 PETINIA 法	CLIA 法	CLEIA 法	〃	EMIT 法		
サリチル酸	〃			Trincler 応用法						
シクロスポリン	〃		CEDIA 法	EMIT 法 ACMIA 法				EMIT 法		
ジソピラミド	〃			〃				〃		
ジギトキシン	〃		CEDIA 法	PETINIA 法		CLEIA 法				
ジゴキシン	〃 FDIA 法 MEIA 法	化学発光イムノアッセイ法	〃 ラテックス凝集比濁法	EMIT 法	EIA 法 CLIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	ラテックス凝集比濁法	EMIT 法		
タクロリムス	MEIA 法			〃				〃		
テオフィリン	FPIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CEDIA 法	〃 PETINIA 法	ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法，他 1	FPIA 法	〃		
トブラマイシン	〃			〃 〃		CLEIA 法				
ネチルマイシン							FPIA 法			
バルプロ酸ナトリウム	FPIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CEDIA 法	EMIT 法	CLIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	〃	EMIT 法		
バンコマイシン	〃	〃		PETINIA 法/ EMIT 法	〃		〃	〃		
フェニトイン	〃	〃	CEDIA 法	EMIT 法, PETINIA 法	〃 ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法，他 1	〃	〃		
フェノバルビタール	〃	〃	〃	〃 〃	〃	〃	〃	〃		
プリミドン	〃		〃	EMIT 法			〃	〃		
プロカインアミド	〃			PETINIA 法			〃			
メトトレキサート	〃			EMIT 法				EMIT 法		

リドカイン	〃			EMIT 法, PETINIA 法			FPIA 法	〃		
VB_{12}		化学発光イムノアッセイ法				CLEIA 法	電気化学発光法			
葉酸		〃				〃				
ハロペリドール			CEDIA 法			金コロイド法				
ブロムペリドール			〃			〃				

自動分析装置専用試薬

自動分析装置専用試薬（1）

会社名 / 機種名	栄研化学		エイアンドティー		オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス		オリンパス		カイノス		協和メデックス		デンカ生研		ニットーボーメディカル		ニプロ		三菱化学ヤトロン	
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
504 X	38	34	14	19					31	3			30	19						
Auto Vue Innova																				
Vitros ECiQ						30														
〃 FS 5.1					46															
〃 350					45															
〃 950					46															
AU-5400	38	10	14	13			37	8	31	3	30	2	30	19	33	9	25	1	30	14
〃 -2700	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -640	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	27	〃	〃	〃	〃
〃 -400	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
TBA-60 R	29		〃	〃							〃	〃	〃	〃	〃	9	〃	〃	31	13
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)	38	5	〃	〃					7		〃	〃	〃	〃	〃	27	〃	〃	35	18
〃 -M シリーズ	30		〃	〃					23	1	〃	〃	〃	〃	〃	9	〃	〃	34	3
〃 -80 FR(NEO)	38	10	〃	19					28	14	〃	〃	〃	〃	〃	27	〃	〃	31	18
〃 -200 FR	〃	〃	〃	〃					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -120 FR	〃	〃	〃	〃					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
Accute	〃	〃	〃	13					7		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
ARCHITECT c 8000	〃	〃	〃	19					28	14	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃	〃
JCA-RS シリーズ	30		〃	13					23		〃	〃	〃	〃	〃	9	25	1	30	10
〃 -HR シリーズ	33		〃	〃					〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5
〃 -BM シリーズ	38	21	〃	19					31	3	〃	〃	〃	〃	〃	27	〃	〃	31	11
コンポライズ 450			〃	13					28	14					〃	〃	〃	〃		
日立-7050	36	2	〃	〃					1	5	30	2	30	19	〃	〃			33	15
〃 -7150	38	10	〃	〃					30	8	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25	1	34	16
〃 -7170・7170 S	〃	〃	〃	19					31	3	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31	19
〃 -7250・7350・7450	〃	3	〃	13					23		〃	〃	〃	〃	〃	9	〃	〃	32	11

〃 -7060・7070	〃	10	〃	19					33		〃	〃	〃	〃	〃	27	〃	〃	31	17
〃 -7020	〃	〃	〃	13						5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	24	12
〃 -7600	〃	〃	〃	〃					31	3	〃	〃	〃	〃	〃	P = 27 D = 9	〃	〃	35	19
〃 -7080	〃	〃	〃	19					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	27	〃	〃	〃	18
〃 -7180	〃	〃	〃	〃					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -7700			〃	13					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	19
〃 -9000 シリーズ											22								19	12
COBAS INTEGRA 800																				
〃 400 plus																				
モジュラーアナリティクス											11									
9000 シリーズ											22									

自動分析装置専用試薬(2)

会社名 / 機種名	ミズホメディー		ロシュ・ダイアグノスティックス		和光純薬工業															
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数														
504 X																				
Auto Vue Innova																				
Vitros ECiQ																				
〃 FS 5.1																				
〃 350																				
〃 950																				
AU-5400	24	1			27	5														
〃 -2700	〃	〃			〃	〃														
〃 -640	〃	〃			26	12														
〃 -400	〃	〃			〃	〃														
TBA-60 R	〃	〃																		
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)	〃	〃			23	8														
〃 -M シリーズ	〃	〃																		
〃 -80 FR(NEO)	〃	〃			14	12														

〃 -200 FR	〃	〃			24	1														
〃 -120 FR	〃	〃			9	12														
Accute	〃	〃			23	8														
ARCHITECT c 8000					9	12														
JCA-RS シリーズ	24	1																		
〃 -HR シリーズ	〃	〃																		
〃 -BM シリーズ	〃	〃			27	5														
コンポライズ 450																				
日立-7050	24	1																		
〃 -7150	〃	〃			14	12														
〃 -7170・7170 S	〃	〃			26	〃														
〃 -7250・7350・7450	〃	〃			12	2														
〃 -7060・7070	〃	〃			9	12														
〃 -7020	〃	〃			16	1														
〃 -7600	〃	〃			27	5														
〃 -7080	〃	〃			26	12														
〃 -7180	〃	〃			〃	〃														
〃 -7700	〃	〃			27	5														
〃 -9000 シリーズ					23															
COBAS INTEGRA 800			37	40																
〃 400 plus			〃	〃																
モジュラーアナリティクス			28	12																
9000 シリーズ			〃	10																

コントロール血清

アルフレッサ ファーマ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
液状ネスコール-N	電解質，酵素，脂質，含窒素 他	正常	○	5mL×10	14,000	
〃 -A	〃	異常	〃	〃	〃	
セラクリア-HE II	酵素7項目	正常・異常	〃	正常域3mL×5 異常域3mL×5	26,000	
〃 -LP	脂質6項目	異常	〃	3mL×5	9,300	

(株)エイアンドティー

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノティクルスオートコントロール血清(L)	免疫12項目	低値	○	1mL用×5	25,000	
〃 (H)	〃	高値	〃	〃	〃	
イムノティクルスオート梅毒コントロール	梅毒	陰性・陽性	〃	各1mL用×3	20,000	
コントロール血漿 レベル1	PT，APTT，Fib，ヘパプラスチンテスト	正常	〃	0.5mL用×10	12,000	
〃 レベル2	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 レベル3	PT，APTT，Fib	〃	〃	〃	〃	

栄研化学(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
リピッドセーラムI'栄研'	脂質7項目	正常	○	3mL×5	7,500	
TZセーラム'栄研'	TTT，ZTT	異常	〃	〃	5,500	
QC-LX-1'栄研'	免疫16項目	低値	〃	2mL分×5	25,000	
〃 -2A'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
〃 -2B'栄研'	〃	〃	〃	〃	〃	
〃 -3'栄研'	腎機能マーカー5項目	尿用低値	〃	〃	〃	
〃 -4'栄研'	〃	〃 高値	〃	〃	〃	
QC-β_2M-L'栄研'	β_2M	低値	〃	〃	10,000	

〃 -H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-BFP-L'栄研'	尿 BFP	低値	〃	〃	〃	
〃 -H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-SAA-L'栄研'	SAA	低値	〃	〃	〃	
〃 -H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-RE'栄研' TypeA Low	腫瘍関連検査群(CA19-9を除く)	低値	〃	3mL 分×6	24,000	
〃 〃 High	〃	高値	〃	〃	〃	
〃 '栄研' TypeB Low	内分泌関連検査群	低値	〃	〃	〃	
〃 〃 High	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-PG-L'栄研'	ペプシノゲンⅠ・Ⅱ	低値	〃	1mL 分×10	11,000	
〃 -H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
ペプシノゲンコントロールセット'栄研'	〃	低・高値	〃	1mL 分×5×2	11,000	
H.ピロリ抗体コントロールセット'栄研'	ヘリコバクターピロリ抗体	陰性・陽性	〃	1mL 分×10	〃	
コントロール濾紙セット'栄研'	ペプシノゲンⅠ・Ⅱ, PSA	低・中・高	〃	3濃度各21スポット	〃	
〃 H.ピロリ抗体	ヘリコバクターピロリ抗体	陰性・陽性	〃	2 〃	〃	
OC オートコントロール'栄研'L	糞便中ヘモグロビン	低値	〃	1mL 分×5	13,000	
〃 H	〃	高値	〃	〃	〃	
US コントロール'栄研' Level Ⅰ/Ⅱ	尿定性	陰性／陽性	〃	12mL 分×3	15,000	
〃 Level Ⅱ	〃	陽性	〃	12mL 分×6	〃	
ノムノピアリ 1	免疫18項目	低濃度	〃	3mL 分×2	28,500	
〃 2	〃	高濃度	〃	〃	〃	

オリンパス(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
AU コントロール	ヒト血清ベース，マルチタイプ	レベル1 レベル2	○	各5mL 用×6本	9,870	
AES コントロール	たん白分画用	ノーマル アブノーマル	〃	0.5mL×5本	9,450	
AU マルチキャリブレーター				5mL×20本	35,700	
AU 標準血清 RF				2mL×5濃度	15,225	

〃　CRP				1mL×6本	22,050	
〃　ASO				〃	24,150	
AU 血清蛋白キャリブレーター	IgG, IgM, IgA, C3, C4用			2mL×5濃度	39,900	各濃度1本入

(株)カイノス

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
Ultimate C4(4mg/dL)	ビリルビン標準値	4mg/dL	○	2mL×10	17,000	
〃　C8(8mg/dL)	〃	8mg/dL	〃	〃	〃	
〃　C20(20mg/dL)	〃	20mg/dL	〃	〃	15,000	
Ultimate-D Level 1	ビリルビンコントロール	低値	〃	3mL×10	21,000	
〃　Level 2	〃	中間値	〃	〃	〃	
〃　Level 3	〃	〃	〃	〃	〃	
〃　Level 4	〃	高値	〃	〃	25,000	
I. D.-Zone(Normal)	血清蛋白分画	正常	〃	2mL×6	29,000	
〃　(Abnormal)	〃	異常	〃	〃	〃	
尿コントロール	AMY, Ca, Cl, CRE, GLu, Pi, K, Na, TP, UN, UA, Osmolality	正常・異常	〃	10mL×6	33,000	
ケトン体コントロール I 〃 II 〃 III	} 3HB, TKB	低値 中値 高値	〃	3mL 用×6 〃 〃	8,000 〃 〃	
1,5AG コントロール	1,5AG	低値・中値	〃	2mL×6	20,000	
「DIP&SPIN」沈渣コントロール	尿沈渣検査用，尿定性検査用		〃	Leve l 120mL×2 Leve 2　〃	65,000	
マルチキャリブレーター「カイノス」	CRE, UN, Glu, IP, Ca		〃	5mL×6	10,000	
ライフォチェックイムノアッセイ プラス コントロール血清 1，2，3	免疫血清項目	低値・中値・高値	〃	5mL×12	40,000	
〃 〃 1	〃	低値	〃	〃	〃	
〃 〃 2	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 〃 3	〃	高値	〃	〃	〃	
酵素キャリブレーター「カイノス」	GOT, GPT, ALP, CK, LDH, r-GTP 他		〃	3mL×4	14,400	
チェックセラ「カイノス」	生化学項目	正常・異常	〃	5mL×10	12,500	
カルニチンコントロール	カルニチン（総遊離）	〃	〃	2mL×3	12,000	

協和メデックス(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
Accurun 1 マルチマーカーコントロール	anti-HIV1/2, anti-HTLV I/II anti-HBc, anti-HCV, anti-CMV, HBsAg		○	1mL×3 ～5mL×3	24,000 ～95,000	
Normal コントロール	感染症陰性コントロール		×	1mL×1～3.5mL×12	5,000 ～5,700	
HIV 抗原 シングルマーカーコントロール	HIV 抗原		〃	5mL×1 ～5mL×3	14,000 ～39,000	
HBs 抗原	HBs 抗原		〃	5mL×1	14,000	
HBs IgG, IgM	HBs コア IgG, IgM		〃	〃	14,000	
HBe 抗原	HBe 抗原		〃	〃	〃	
HBe 抗体	HBe 抗体		〃	〃	〃	
HAV 抗体 IgG, IgM	HAV IgG HAV IgM		〃	1mL×1～5mL×1 1mL×1～5mL×1	4,000～16,000 5,000～20,000	
HBs 抗体	HBs 抗体		○	5mL×1	14,000	
Lyme 病抗体 IgG, IgM	Lyme 病 IgG Lyme 病 IgM		×	1mL×1 〃	5,000(IgG) 9,000(IgM)	
Toxo 抗体 IgG, IgM	Toxo IgG Toxo IgM		〃	〃 〃	3,000(IgG) 7,000(IgM)	
風しん抗体 IgG, IgM	風しん IgG 〃 IgM		〃	〃 〃	〃 〃	
CMV IgG, IgM	CMV IgG CMV IgM		〃	〃 〃	3,000(IgG) 9,000(IgM)	
TP (梅毒抗体)	TP 抗体		○	2mL×1 ～2mL×3	6,000 ～16,000	
TP (RPR)	TP (RPR)		×	1mL×1	4,000	
Infectrol	HCV 抗体・HBs 抗原		○	3.5mL×1		A～E, 5濃度別発売

クリニカコーポレーション／(株)ベリタス

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
Immunology Control	IgG, IgA, IgM, C3, C4, CRP, RF, ASO 他15項目	3濃度	○	OEM, バルク供給	OEM, バルク供給	液状品, 保存:2～8℃, 36ケ月安定
Tumor Marker 〃	CA125, CA15-3, CA19-9, CEA 他10項目	〃	〃	〃	〃	〃 , 24 〃
Cardiac Marker 〃	CK-MB, Myoglobin, Troponin I, Troponin T, hsCRP, Digoxin	〃	〃	〃	〃	〃 ,
hCG 〃	hCG	〃	〃	〃	〃	〃 , 36 〃
hs-CRP 〃	hs-CRP	〃	〃	〃	〃	〃 ,
Combined APO AI/APO B Controls	Apo AI, Apo B	〃	〃	〃	〃	〃 , 24 〃

シスメックス(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
QAP トロール1X・2X	生化学用	正常・異常	×	5mL×5×2濃度	15,500	
UIBC トロール	UIBC	低，中，高濃度	〃	2mL 分×2×3濃度	8,000	
リクイチェック尿化学コントロール レベル1・2	尿化学検査用	正常・異常	○	10mL 分×12	22,000	
ISE トロール I・X	電解質用	正常値下限付近	×	3mL 分×5	4,500	
〃 II・X	〃	〃	〃	〃	〃	
GHb トロールⅨ・ⅢX	グリコヘモグロビン用	正常・異常	〃	0.2mL 分×8	16,000	
グリコ Hb コントロール	〃	〃	○	65mg×4×2濃度	〃	
HDLコントロール L	HDL-コレステロール用	低値	〃	3mL 分×6	13,000	
〃 M	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 H	〃	高値	〃	〃	〃	
ヴィラトロール	HBs 抗原，HCV 抗体，TP 抗体，HIV 抗体，HTLV-1 抗体	2 濃度	×	3mL 分×3×2レベル	22,500	ウイルス不活化処理済み(液状加熱処理及び S/D 処理)
ランリームコントロール A レベル I・II	AFP，CEA，フェリチン，PSA	低濃度・高濃度	○	6mL×各 1	27,000	
〃 B レベル I・II	IgE，HBsAb，HBcAb	〃	〃	〃	18,000	
〃 C レベル I・II	β_2-マイクログロブリン，インシュリン	〃	〃	〃	24,000	
〃 D レベル I・II	HBsAg	〃	〃	〃	17,000	
〃 E レベル I・II	HCV-Ab	〃	〃	〃	〃	
セロトロール・Ⅸ	免疫血清用	低濃度・高濃度(項目により差あり)	×	2mL 分×6	20,000	
〃 ・ⅢX	〃	〃	〃	〃	〃	
デイドサイトロールレベル1	凝固検査用	正常	○	1mL×20	16,000	
〃 レベル2	〃	中度異常	〃	〃	〃	
〃 レベル3	〃	高度異常	〃	〃	20,000	
コアグトロールⅨ・ⅢX	〃	正常・異常	×	1mL 分×5×2	9,900	

(株)常光

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
分画トロール「常光」"ノーマル"	蛋白分画用	正常	○	0.5mL×10	18,000	1本約1週間使用可能
〃 "アブノーマル"	〃	異常	〃	〃	〃	〃
イオン電極用常用標準血清 ISE-CRS	Na^+, K^+, Cl^-	高, 中, 低	〃	1.5mL×20	16,000	冷凍品
グリコヘモグロビン A_{1c}「二次標準」	安定化-HbA_{1c}	レベル1・2	〃			凍結乾燥品
電極チェック液	透析液測定用		〃	3mL×20	12,000	液状

第一化学薬品(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
セロノルム・ヒューマン	生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属・他	正常	○	5mL×10	18,000	Sero社製, 販売:第一化学薬品
セロノルム	電解質・酵素・脂質・他	〃	〃	〃	〃	〃
パソノルム H	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃 L	〃	〃	〃	〃	〃	〃
オートノルム	〃	正常	〃	10mL×6	16,100	〃
セロノルム・ファルマカ レベル1	薬物血中濃度	治療域	〃	5mL×10	20,000	〃
〃 レベル2	〃	中毒域	〃	〃	〃	〃
セロノルム・リピッド	血清脂質	正常	〃	3mL×12	22,000	〃
〃 ・CRPコントロール	CRP	異常	〃	1mL×6×2濃度	15,000	

ダコ・サイトメーション(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
ヒト血清タンパク/〔キャリブレーター〕	Alb, α_1-アンチキモトリプシン, α_1-アンチトリプシン他全16項目	正常	○	1mL×1 1mL×20	3,000 39,000	液状
〃/〔コントロール血清〕低濃度域	〃	項目により異る	〃	1mL×1 5mL×1	10,000 46,000	〃
〃/〔コントロール血清〕高濃度域	〃	〃	〃	5mL×1	46,000	〃
ヒト血清C反応性タンパク(CRP)/〔コントロール血清〕低濃度域	CRP		〃	1mL 5mL	9,000 36,000	標準値を160mg/L付近に設定

〃／〔コントロール血清〕高濃度域	〃		〃	〃 〃	〃 〃	
〃／〔キャリブレーター〕	〃		〃	1mL	6,000	
α_1ミクログロブリン／〔キャリブレーター〕	α_1-Microgrobulin		〃	〃	24,500	液状

(株)テクノメディカ

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
液状常用標準血清 ISE-CRS	Na, K, Cl	中濃度	○	1mL	22,000	
〃 ISE-CRS 三濃度	〃	高・中・低濃度	〃	1.5mL	30,000	

デンカ生研(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
液状キャリブレーター	生化学		○	5mL×10	14,000	
脂質キャリブレーターD	脂質		〃	1mL×5	5,000	
脂質コントロールI	〃		〃	1mL×10	10,000	
〃 II	〃		〃	〃	15,000	
酵素キャリブレーター「生研」			〃	2mL×6	13,500	
酵素コントロール1・2「生研」			〃	2mL×3×2濃度	〃	
イムノキューセラI-(L)	免疫血清	低値	〃	3mL×5	30,000	
〃 -(H)	〃	高値	〃	〃	〃	
イムノキューセラII-(L)	〃	低値	〃	〃	〃	
〃 -(H)	〃	高値	〃	〃	〃	
生研リキッドノーマルIプラス	生化学	正常	〃	1mL×30	13,500	
生研リキッドアブノーマルIプラス	〃	異常	〃	〃	〃	

東ソー(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
東ソーマルチコントロール	EIA用多項目コントロール	レベル1, 2, 3		各5mL×3本×3種		
HbA_{1c}キャリブレータ(JDS)	安定型HbA_{1c}	レベル1, 2	○	各4mL用×5本×2種	35,000	日本糖尿病学会HbA_{1c}標準化準拠
HbA_{1c}コントロールHSi	〃	〃	〃	各0.5mL用×4本×2種	17,000	

日水製薬(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
L-コンセーラ I EX	30項目	低値	○	5mL×40本	27,000	
〃 II EX	〃	高値	〃	〃	48,000	
L-スイトロール I	33項目	低値	〃	3mL×40本	28,000	
〃 II	〃	高値	〃	〃	48,000	
〃 II EX	〃	脂質高値	〃	〃	52,800	
L-トライロール	27項目	I・II・III	〃	3濃度各3mL×2本	16,000	
液状イムノコンセーラ I	CRP, RF, ASO, IgG, IgA, IgM, C3, C4	低値	〃	4mL×3本	45,600	
〃 II	〃	高値	〃	〃	50,400	

ニットーボーメディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノクエスト L-I	IgG, A, M, C3, C4, CRP, Tf, Hp, α_1-AG, α_1-AT, PerAlb		○	2mL×6	15,600	液状コントロール
〃 L-II	〃		〃	〃	18,000	〃
〃 RF-I	リウマチ因子		〃	2mL×4	8,000	凍結乾燥品
〃 RF-II	〃		〃	〃	12,000	〃
〃 ASO-I	抗ストレプトリジンO		〃	〃	8,000	〃
〃 ASO-II	〃		〃	〃	12,000	〃
〃 ARC-I	CRP, RF, ASO		〃	〃	11,000	〃

〃　ARC-II	〃		〃	〃	15,000	〃

日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
ライフォチェック(凍結乾燥)/リクイチェック(液状) イムノアッセイプラスコントロール血清1,2,3	薬物・ホルモン・腫瘍マーカーなど86項目以上	低・中・高	○	(5mL×4)×3レベル	40,000	
リクイチェックスペシャル イムノアッセイコントロール1,2,3	Anti-Tg, Anti-TPO, IntacPTH, EPOなど特殊免疫項目	〃	〃	各5mL×3レベル	50,000	各レベル包装
〃 生化学コントロール血清1,2	生化学項目60項目以上	低・高	〃	各5mL×12	各30,000	表示値なし生化学コントロール血清1,2,3 5mL×25(各レベル別包装)
〃 〃	〃　40項目以上	〃	×	各10mL×25	各28,000	(各レベル別包装)
〃 腫瘍マーカーコントロール血清1,2	CEA, AFP, CA125, CA19-9等 重要な腫瘍マーカー	〃	○	(2mL×3)×2レベル	35,000	
リクイチェック 脂質コントロール血清1,2	HDLコレステロール, コレステロール トリグリセライド, リン脂質	〃	〃	各3mL×6	各11,000	(各レベル別包装)
〃 新生児検査用コントロール血清1,2	直接・間接・総ビリルビン, カリウム, マンガン, マグネシウム等	〃	〃	各4mL×6	各25,000	〃
〃 CK/LDアイソザイムコントロール血清1,2	CK・LD・タンパク分画, CK・LDH・ ビリルビン(総), CK-MB	〃	〃	各1mL×6	〃	〃
〃 循環器疾患マーカーコントロール血清1,2,3	CK-MB, LD1, トロポニンI, トロポ ニンT, ミオグロビン, 総CK	低・中・高	〃	(3mL×2)×3レベル	30,000	
〃 循環器疾患マーカーLTコントロール1,2,3	CK-MB, トロポニンI, T, ミオグロビン, ホ モシスティン, ジギトキシン, NT-proBNP	〃	〃	〃	〃	
ライフォチェック 定量用尿コントロール1,2	生化学, 特殊物質, 内分泌 毒物など60項目	正常・異常	〃	各10mL×12	各21,000	(各レベル別包装)
リクイチェック 尿検査用コントロール1,2	タンパク, グルコース, ビリルビン沈渣等	低・高	陽性・陰性	(12mL×5)×2レベル	15,000	尿試験紙・沈渣
〃 クォンティファイプラスコントロール1,2	尿定性項目, 沈渣	〃	〃	〃	18,000	
〃 クォンティファイコントロール1,2	尿定性項目	〃	〃	(12mL×3)×2レベル	9,000	滴下タイプの容器
〃 尿化学コントロール1,2	化学分析器を利用する一般的尿検査用	〃	○	10mL×12	各22,000	(各レベル別包装)
ライフォチェック 妊娠検査用コントロール血清1,2,3	hcG, ホルモン, AFP, フェリチン等 ジギトキシン	低・中・高	〃	(5mL×4)×3レベル	55,000	
〃 貧血症コントロール血清	トランスフェリン, フェリチン, ビタミンB_{12}, プレアルブミン, フリーT_4, 葉酸, TSH		〃	3mL×6	15,000	低値異常範囲に調製
〃 高血圧症マーカーコントロール1,2,3	ACTH, アルドラーゼ, コルチゾール, レニン	低・中・高	〃	(2mL×2)×3レベル	48,000	
リクイチェック イムノロジーコントロール血清1,2,3	アルブミン, ASO, CRP, IgA, IgM, RF など免疫検査一般	〃	〃	各1mL×6	各15,000	(各レベル別包装)
〃 リウマチ因子コントロール血清1,2,3	リウマチ因子	正常・やや高値・ 高値	〃	各2mL×6	各30,000	〃
〃 髄液コントロール1,2	アルブミン, クロール, グルコース, IgA, IgG, IgM, 乳酸, ナトリウム等		〃	各3mL×6	各16,000	〃 ヒト脳脊髄液
ライフォチェック 全血コントロール1,2,3	シクロスポリン, 鉛, 葉酸 (赤血球中)	低・中・高	〃	各2mL×6	各15,000	(各レベル別包装)
〃 ドラッグフリー血清	薬物濃度検出レベル以下			10mL×12	48,000	検体稀釈用
〃 トキシコロジーネガティブ尿コントロール	毒物・薬物濃度検出レベル以下			〃	28,000	〃

〃 ヘモグロビン A_2コントロール1,2	ヘモグロビン A_2，F，S		○	(1mL×2)×2レベル	80,000	異常ヘモグロビン
〃 糖尿病検査コントロール1,2	ヘモグロビン A_1，A_{1c}，F 総糖化ヘモグロビン	正常・異常	〃	(0.5mL×3)×2レベル	35,000	
ライフォチェックヘモグロビン A_{1c}リニアリティセット	ヘモグロビン A_{1c}測定の直線性の確認用	4濃度	〃	0.5mL×4レベル	25,000	
リクイチェック 血液学16項目用コントロール1,2,3	WBC，RBC，MCV，MCH，ヘマトクリットなど16項目	低・中・高	〃	(3mL×2)×3レベル	20,000	
〃 血液学16項目 T コントロール1,2,3	WBC，RBC，MCV，MCH，ヘマトクリット値など（白血球は3分画）	〃	〃	(5mL×4)×3レベル	40,000	
〃 血液学コントロール A，C	白血球5分画(機種別) さらに網赤血球含有	〃	〃			
ライフォチェック 重金属測定用尿コントロール1,2	重金属，有機溶媒代謝物	低・高	〃	各25mL×10	各35,000	(各レベル別包装)
〃 内分泌コントロール血清1，2	エピネフリン，ノルエピネフリン，ドーパミン	〃	〃	(10mL×6)×2レベル	60,000	
リクイチェック エタノール/アンモニアコントロール1,2	エタノール，アンモニア	低・中・高	〃	各3mL×6	各15,000	〃
ライフォチェック 凝固コントロール1,2,3	PT,APTT,フィブリノーゲン(レベル1)	〃	〃	1mL×12	〃	〃
〃 凝固・線溶系検査用コントロール1,2,3	APTT，PT，TT，主な凝固因子など	〃	〃	各1mL×12	35,000	各レベル包装
リクイチェック Dダイマー検査用コントロール1,2,3	D-ダイマー	〃	〃	各1mL×6	10,000	〃
ライフォチェック 血液ガスコントロール1,2,3	pCO_2，pH，pO_2	〃	〃	各1.7mL×30	各15,000	(各レベル別包装)
血液ガスプラスEコントロール1,2,3	カリウム，ナトリウム，カルシウムイオン，pCO_2，pH，pO_2等	〃	〃	〃	各18,000	過酸化レベル-血液ガスプラスEコントロール4 ¥22,000(各レベル別包装)
〃 (グルコースレベル付)	グルコース，カリウム，ナトリウム，カルシウムイオン，pCO_2，pH，pO_2等	〃	〃	〃	各30,000	(各レベル別包装)
血液ガスプラスCo-OXIMETER1,2,3	ヘモグロビン，メトヘモグロビン，カルボシキヘモグロビン，デオキシヘモグロビン等	〃	〃	〃	各20,000	〃
精度管理用プログラム UNITY-PC						外部・内部精度管理用プログラム
〃 UNITY-POST						〃
ライフォチェックイムノアッセイ TMJ コントロール血清	イムノアッセイプラスコントロールにCA19-9, CA-125, CA15-3, シフラ, β_2ミクログロブリンを添加したもの	低・高	○	(3mL×3)×2レベル	39,000	
リクイチェック血清揮発性成分測定用コントロール1，2	アセトン，エチレングリコールなどの揮発成分測定用	低・高	〃	5mL×6	35,000	
ライフォチェク骨代謝マーカー尿コントロール1，2	骨形成・代謝の尿中マーカーの測定用	〃	〃	(2mL×3)×2レベル	80,000	
リクイチェック赤血球沈降速度測定用コントロール1，2	血沈測定用	正常・異常	〃			
〃 網赤血球コントロール1・2・3	網赤血球のカウント用	低・中・高	〃			
〃 ホモシスティンコントロール1，2	ホモシスティン測定用	低・高	〃	(1mL×3)×2レベル	30,000	
TDM EQAS(12 ANALYTES)	外部精度管理プログラム付き TDM コントロール	12種類	×	5mL×12	135,000	2週間サイクル
〃 (25 ANALYTES)	〃 〃	〃	〃	〃	210,000	〃
IMMUNOASSAY EQAS 1	〃 イムノアッセイコントロール	〃	〃	〃	136,000	〃
〃 2	〃	〃	〃	〃	155,000	〃
〃 3	〃	〃	〃	1mL×12	131,000	〃

〃　4	〃	〃	〃	〃	121,000	〃
CHEM EQAS(17 ANALYTES)	〃 生化学コントロール	〃	〃	5mL×12	137,000	〃
〃　(35 ANALYTES)	〃	〃	〃	〃	165,000	〃
リクイチェック自己免疫疾患測定用コントロール	ANA(Homogeneous, Speckled, Centromere, Nucleolar, EIA Screen), ENA EIA Screen, Anti-RNP, Anti-Sm, SSA, Anti-SSB, Anti-Jo-1, Anti-Scl-70, Anti-ds-DNA			0.5mL×2 〃　3 〃　4	近日発売	
リクイチェック ToRCH プラスコントロール	トキソプラズマ,風疹,サイトメガロウイルス,ヘルペス,ピロリ,水痘,EB,トリポネ,マパリーダム抗体など	陰性・弱陽性 陽性	○	3mL×3	30,000～ 50,000	レベル別売
メトトラックコントロール1,2,3	POCT 装置用のグルコース，ヘマトクリット，ヘモグロビン	低・中・高	〃	(2mL×2)×3レベル		全血タイプ

日本ビオメリュー(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
ペリハイリファレンス	血液凝固検査用標準血漿	正常	○	1.0mL×10	13,000	WHO標準血漿に基づく表示値設定
MDA 用 ペリハイリファレンス	〃	〃	〃	1.2mL×20	41,600	(MDA-専用試薬)
ペリハイ 1	血液凝固検査用コントロール血漿	〃	×	1.0mL×10	10,000	
MDA 用 ペリハイ 1	〃	〃	〃	1.2mL×20	32,600	(MDA-専用試薬)
ペリハイ 2	〃	異常	〃	1.0mL×10	10,000	
MDA 用 ペリハイ 2	〃	〃	〃	1.2mL×20	32,000	(MDA-専用試薬)
ペリハイ 3	〃	〃	〃	1.0mL×10	10,000	
MDA 用 ペリハイ 3	〃	〃	〃	1.2mL×20	32,000	(MDA-専用試薬)
MDA 用 ペリカルセット	血液凝固検査用較正標準血漿	3 レベル	○	1.2mL×9	21,600	(　〃　)
ブラッド G. A. S. コントロール	血液ガス，電解質測定コントール物質	〃	〃	30アンプル	23,000	
〃　コントロールレベルⅣ	〃	高酸素加	〃	10アンプル	12,000	

バイエル メディカル(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
TEST point リガンドコントロール	ホルモン，腫瘍マーカー，薬物など24項目	2 濃度	○	5mL×2	29,000	
〃　ケミストリーコントロール1	生化学，電解質37項目	正常	〃	10mL×12	25,100	
〃　ケミストリーコントロール2	〃	異常	〃	〃	〃	
リガンドプラスコントロール	ホルモンなど24項目	3 濃度	〃	5mL×15	50,000	

腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカ7項目	2濃度	〃	2mL×6	〃	

ベックマン・コールター(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
トライアド レベル1	生化学一般	正常域(低レベル)	×	20mL×10		−15〜20℃保存，液状で凍結しません，安定で経済的です，プラボトル入り．
〃 2	〃	〃 (高レベル)	〃	〃		〃
〃 3	〃	異常域(高レベル)	〃	〃		〃
IDゾーン ノーマル	蛋白電気泳動用	正常パターン	○	2mL×6		〃
〃 アブノーマル	〃	A/G比異常パターン	〃	〃		〃
Vigil Proteinコントロール レベル1	血漿蛋白	低濃度域	〃	5mL×4		−15〜20℃で保存，液状で凍結しません，安定で経済的です，プラボトル入り．
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃
Vigil Serology レベルC	高感度CRP用	正常域	〃	〃		2〜8℃で保存．安定で経済的です．プラボトル入り．
Vigil Serology レベル1	CRP，ASO，RF測定用	低濃度域	〃	5mL×3		〃
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃
Vigil TDMコントロール レベル1	ジゴキシン，てんかん薬など測定用	低 〃	〃	3mL×3		〃
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃

(株)ミズホメディー

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
ケムトラック レベル1	電解質，酵素，脂質，含窒素，他	正常	×	15mL×10	33,000	
〃 レベル2	〃	異常	〃	〃	37,000	
リキューム コントロール レベル1	T3，T4，TSH等ホルモン，薬物，微量蛋白58成分	定値	○	5mL×6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール
〃 レベル2	〃	中値	〃	〃	〃	〃
〃 レベル3	〃	高値	〃	〃	〃	〃

T-マーカーコントロール レベル1	AFP，CA-125，CA15-3，CA19-9 CEA，PSA 等主な腫瘍マーカー20成分	定値	〃	3mL×6	〃	〃
〃 レベル2	〃	中値	〃	〃	〃	〃
〃 レベル3	〃	高値	〃	〃	〃	〃

(株)三菱化学ヤトロン

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
イアトロセーラ CC-I	酵素，脂質，電解質，CRP，他	低濃度	○	5mL 用×10	15,000	
〃 CC-II	〃	高濃度	〃	〃	〃	
〃 IM-I	免疫・血清	正常	〃	2mL 用×4	18,400	
〃 IM-II	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 TH レベルI	凝固・線溶マーカー	正常	〃	0.5mL 用×6	12,000	
〃 TH レベルII	〃	異常	〃	〃	〃	
CON6	ホルモン，他	低・中・高濃度	〃	6mL×2×3 濃度	20,000	米国・DPC 社製

ロシュ・ダイアグノスティックス(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
HbA_{1c}コントロール N「ロシュ」 0.5mL 用	HbA_{1c}	正常	○	0.5mL 用×4		
〃 「ロシュ」 〃	〃	異常	〃	〃		

和光純薬工業(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
液状コントロール血清 I ワコー	生化学	正常	○	5mL×10	14,000	
〃 II ワコー	〃	異常	〃	〃	〃	
コントロール血清 I ワコー/B	〃	正常	〃	5mL 用×10	13,000	
〃 II ワコー/B	〃	異常	〃	〃	〃	
LYPHOCHEK-IA プラス	ホルモン・腫瘍マーカー	3濃度	〃	5mL×12	40,000	

LYPHOCHEK 腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカー	2濃度	〃	2mL×6	35,000	
免疫コントロールⅠワコー	血漿蛋白	正常	〃	2mL×4	28,000	
〃　　Ⅱワコー	〃	異常	〃	〃	〃	
ドライヘマト 血液凝固コントロール血漿　レベル1	PT，APTT，Fib，TB，HPT	正常	〃	0.5mL用×10	12,000	
〃　　レベル2	〃	中等度異常	〃	〃	〃	
〃　　レベル3	〃	高等度異常	〃	〃	〃	
LYPHOCHEK 定量用尿コントロールノーマル(1)	尿	正常	〃	10mL用×12	21,600	
〃 〃　　アブノーマル(2)	〃	異常	〃	〃	〃	

展示会社・主要製品紹介

アークレイ株式会社

〒601-8045 京都市南区東九条西明田町57

設立年月日：	昭和38年9月26日
資本金：	7億9,300万円
代表者名：	土井 茂
従業員数：	209名 ＊グループ企業全体762名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.arkray.co.jp
工場所在地：	〒520-3306：甲賀市甲南町柑子梅田1480㈱アークレイファクトリー
	TEL：0748-86-6833 FAX：0748-86-6898
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	アークレイマーケティング株式会社
	TEL：075—672—6386 FAX：075—671—8289

〔展示主要商品〕

尿検査システム／オーションブリッジ (AX-4280＋IQ-5210)

特長：簡易システム化ユニット「ブリッジライン」が，尿定性，比重，色調，濁度から尿中有形成分分析までを全自動で行う尿検査システムを実現。

〔取扱い商品〕

○尿化学検査システム

・オーションマスター™	UM-3410	・オーションマックス™	AX-4280
・オーションイレブン™	AE-4020	・オーションミニ™	AM-4290

○糖尿病検査システム

・アダムスマスター™	DM-3310	・アダムス™エーワンシー	HA-8160
・グルコースオートアンドスタット™	GA-1151	・アダムス™グルコース	GA-1170

○簡易検査システム

・スポットケム™EZ	SP-4430	・スポットケム™EL	SE-1520
・スポットケム™IM	SI-3510	・スポットケム™パイダス	SV-5010
・スポットケム™CL	SB-1420	・ポケットケム™BA	PA-4130
・スポットケム™SG	SG-1220	・スポットケム™CL	SB-1430

○浸透圧検査システム

・オズモスタット™	OM-6040	・オズモステーション™	OM-6050

アイエスケー株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島4—9—12

設立年月日：	昭和37年7月5日
資本金：	2,000万円
代表者名：	中島 洋一
従業員数：	25名
E—mail：	yes@isk-tokyo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.isk-tokyo.co.jp
工場所在地：	〒120-0003：足立区東和3—5—4
	TEL：03—3620—1003
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：03—3812—0191 FAX：03—3812—9284

〔展示主要商品〕

全血血小板凝集能測定装置／WBA Neo

特長：●血球成分存在のまま，in vivo により近い条件下で測定できます。
●全血0.8mL を使用し4濃度の凝集惹起物質で測定したデータから閾値を算出してグレードで測定します。

〔取扱い商品〕

・看護用品
・介護用品
・集団検診用品
・臨床検査機器・用品

Instrumentation Laboratory アイ・エル・ジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2－2－15 浜松町ゼネラルビル

設立年月日：	平成14年7月22日
資本金：	9,000万円
代表者名：	田中 清一
従業員数：	
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　クリティカルケアー
	TEL：03－3437－6350　　FAX：03－3437－6352

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEM プレミア3000

特長：電極及び流体系に触れる事なく3週間にたった1度カートリッジを交換するだけの完全なメンテナンスフリーを実現。血液ガスからラクテートまで，臨床検査の幅広いニーズにお応えします。

〔取扱い商品〕

- GEMOPL　CO－オキシメーター
- チケットプリンター
- 精度管理溶液
- 測定用カートリッジ
- 測定用カートリッジ（iQM）

アイテック阪神株式会社

〒553-0001 大阪市福島区海老江1－1－31

設立年月日：	昭和62年7月1日
資本金：	2億円
代表者名：	河原 伸吉
従業員数：	466名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http//www.itec.hanshin.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療事業本部
	TEL：東京：03－5677－1490／大阪：06－6456－5223 FAX：東京：03－3615－5066／大阪：06－6456－5252

〔展示主要商品〕

総合臨床検査自動化システム／MELAS-i

特長：MELAS-iは，あらゆる業務にスムーズに対応するクライアント／サーバ型総合臨床検査システムです。

〔取扱い商品〕

■総合臨床検査自動化システム「MELAS-i」
- ルーチン（生化学，血清，血液，尿一般）系システム
- 細菌検査サブシステム
- 輸血検査サブシステム
- 生理検査サブシステム

■病理診断支援システム「Path Mate」

■検査結果参照Webサーバシステム

■健康管理システム「TOHMAS-i」
- 総合健診システム
- フォローアップシステム

株式会社アイディエス

〒862-0938 熊本市長嶺東8—14—30

設立年月日：	1987年11月
資本金：	5,000万円
代表者名：	伊藤 照明
従業員数：	265名
E—mail：	ids@idsma.com
URL(ホームページ)：	http://www.idsma.com
工場所在地：	〒861-8038：熊本市長嶺東8—14—30
	TEL：096—380—4225
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：096—380—4225　　FAX：096—389—2077

〔展示主要商品〕

小型検体前処理装置／IDS-3000

特長：大型システムの機能を凝縮。省スペースに検体搬入，血餅検出，栓抜き，子検体供給，分注，仕分け搬出機能を標準装備。弊社搬送システムユニットとの接続や，検体自走車との接続も可能です。

〔取扱い商品〕

●検体前処理搬送システム　IDS-880　IDS-780シリーズ
・個々の機能がユニット化された，フレキシブルな1本搬送システム。
●小型検体前処理装置　IDS-2000・IDS-3000シリーズ
・従来の大型システム機能を凝縮した，省スペース前処理装置。
●分注チップ整列装置　AT-4000シリーズ
・検査業務の前工程である，ディスポチップ準備を自動化する装置。
●サンプルチューブ整列装置　ATF-3000シリーズ
・検査業務の前工程である，サンプルチューブ準備を自動化する装置。
●採血管ナンバリング装置　SNS シリーズ
・検体受付業務を自動化する装置。
●検体自走車　・搬送ラインの問題点である動線妨害を解決した，人の動線を確保できる搬送装置。

アジア器材株式会社

〒194-0022 町田市森野2—27—12

設立年月日：	
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役　岩佐 和彦
従業員数：	50名
E—mail：	info@ajiakizai.co.jp.　パスワード ajik-10
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒229-1124：相模原市田名49
	TEL：042—762—2703
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　本社営業部
	TEL：042—723—4670　　FAX：042—728—0163

〔展示主要商品〕

試験管／オートチューブ丸底／スピッツ

特長：オートチューブ丸底及びスピッツは，自動化学会推奨サイズの試験管（13φ75mm）で，バーコードを貼りやすい設計になっております。また，少量検体にも対応可能なスピッツ・タイプもございます。

〔取扱い商品〕

○サンプルカップ類　各種
○試験管類　各種
○スポイト類　各種
○喀タン処理器　各種
○検査コップ　各種
○マイクロピペット及び自動分注機用チップ　各種
○オートクレーブ滅菌処理用バッグ
○病理用カセット（バリ取り作業が要らない）
○キャップレス試験管立
○キャップレス・サンプルカップ立

アゼアス株式会社

〒111-8623 東京都台東区蔵前4—13—7

設立年月日：	昭和22年5月31日
資本金：	4億9,634万円
代表者名：	
従業員数：	145名
E—mail：	kumagai@azearth.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.azearth.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：

〔展示主要商品〕

タイベック® 製防護服／タイベック　ソフトウエアIII型

特長：●高密度ポリエチレン100%の不織布を使用。
●高い粒子防護性能と耐水圧。

アボット ジャパン株式会社

〒106-8535 東京都港区六本木1—9—9

設立年月日：	昭和58年9月1日（創業 昭和37年2月15日）
資本金：	22億6,700万円
代表者名：	池田　勲夫
従業員数：	2,100名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.abbott.co.jp
工場所在地：	〒270-2214：松戸市松飛台278
	TEL：047—385—2211
研究所所在地：	〒270-2231：松戸市稔台344
	TEL：047—362—2177
商品問合せ先：	担当部門　：　カストマーサポートセンター
	TEL：0120—031441　　FAX：

〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置／
ARCHITECT アナライザー *i*2000SR（生化学分析装置との連結タイプ）

特長：CLIA法（ケミフレックス）を採用した最新の分析装置。
1時間当たり200テストの処理能力，最大25項目のランダムアクセスなど多くの特徴を有しています。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査
「AxSYM　アナライザー」「ARCHITECT　アナライザー *i*2000」「ARCHITECT アナライザー *i*2000SR」「IMx アナライザー」「TDx アナライザー」「TDx FLx アナライザー」

■全自動総合血液学分析装置セルダインシリーズ
(1)セルダイン4000　(2)セルダイン3700　(3)セルダイン3200
(4)セルダイン1700　(5)セルダイン SMS　(6)セルダイン1800

■簡易測定シリーズ
メディセンス　エキストラ（血糖自己測定器），イージーセンス（血糖自己測定器），ソフタック（血糖自己測定器）

■遺伝子検査用試薬（研究用試薬）
ViroSeg™HIV ジェノタイピング試薬，HLA SBT タイピング試薬

アルフレッサファーマ株式会社

〒540-8575 大阪市中央区石町２－２－９

設立年月日：	昭和14年12月24日
資本金：	10億円
代表者名：	久禮　哲郎
従業員数：	618名
E－mail：	info@alfresa-pharma.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.alfresa-pharma.co.jp/
工場所在地：	〒709-4321：岡山県勝田郡勝央町太平台18
	TEL：0868－38－5341
研究所所在地：	〒567-0806：茨木市庄２－24－３
	TEL：0726－22－4941　FAX：0726－24－5302
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬推進部
	TEL：06－6941－0308　FAX：06－6941－4861

〔展示主要商品〕

ディスクリート方式臨床化学自動分析装置　ヘモテクト NS-Plus C

〔取扱い商品〕

○体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）
　○生化学検査用
　　脂質，酵素，電解質，含窒素検査用各種製品
　○免疫血清検査用
　○免疫学的便潜血用
　○ POCT 試薬：感染症関連製品，尿中 HCG，破水診断キット
　○血液検査用：血色素検査用製品
○精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤，その他製品
○臨床検査機械・器具器材
　○ヘモテクト
　○フィンピペットシステム

ALOKA アロカ株式会社

〒181-8622 三鷹市牟礼６－22－１

設立年月日：	1950年１月20日
資本金：	64億6,500万円（2004年３月31日現在）
代表者名：	取締役社長　吉川 義博
従業員数：	1,119名（2004年３月現在）
E－mail：	cle-sle2@am.aloka.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.aloka.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医用分析システム営業部
	TEL：0422－45－5502　FAX：0422－45－7751

〔展示主要商品〕

検体処理システム／検体前処理分注装置

特長：検体検査における開栓，分注など，煩雑で感染の危険性がある前処理工程を自動化する「検体処理システム」および「検体前処理分注装置」を展示いたします。

「検体処理システム」は，機能別のユニットで構成されたシステムで，施設規模に柔軟に対応できます。

「検体前処理分注装置」は，前処理工程の中の開栓，分注機能を凝縮，小型化した装置です。いずれも，自動分析装置と搬送接続することにより，検体検査工程の効率化に貢献いたします。

〔取扱い商品〕

超音波診断装置，骨粗鬆症診断装置，検体検査装置，放射線測定装置，バイオ関連装置

MBL 株式会社医学生物学研究所

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3－5－10 住友商事丸の内ビル5F

設立年月日：	昭和44年8月23日
資本金：	22億2,860万円
代表者名：	西田 克彦
従業員数：	195名
E－mail：	info@mbl.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.mbl.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒396-0002：伊那市大字手良沢岡字大原1063－103
	TEL：0265－76－1777
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部
	TEL：052－971－2083　　FAX：052－950－1073

〔展示主要商品〕

自己免疫疾患検査試薬

特長：自己免疫疾患検査試薬（全般），関節リウマチ検査試薬（抗CCP抗体），腫瘍マーカー測定試薬（NMP22），全自動EIA測定／IF染色兼用装置（AP22 Speedy IF）。

〔取扱い商品〕

機器

・細胞診　Prepstainシステム
・スライドフロスト印刷機　CFM-30

臨床検査試薬

・IF法　ANA，抗DNA，抗セントロメア，AMA/ASMA，ANCA
・ELISA法　ANA，抗ds/ssDNA，抗ENA，抗セントロメア，抗ミトコンドリアM2，抗カルジオリピン，RF，ヘリコバクター・ピロリ，抗LKM-1，MMP-3，ANCA，抗Dsg，クラミジアトラコマチス抗体，クラミジアニューモニエ抗体，抗サイログロブリン，抗甲状腺ペルオキシターゼ
・免疫比濁法試薬「TAC-2，TAC-3，TAC-4，TAC-Lテスト」各種血漿蛋白の測定に対応
・病理染色　病理抗体，フローサイトメトリー用など各種

株式会社石川コンピュータ・センター

〒920-0398 金沢市無量寺町ハ6－1

設立年月日：	昭和47年10月5日
資本金：	2億2,200万円
代表者名：	代表取締役社長　多田　和雄
従業員数：	334名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.icc.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　東京支店営業課
	TEL：03－5441－2560　　FAX：03－5441－2561

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／PC-検査

特長：電子カルテへのアプローチ→高いトレーサビリティを提供します。
業務改善へのアプローチ→人員の作業負荷を時系列でグラフ化。
診療ガイドへのアプローチ→Webを介して検査結果を迅速に閲覧できます。

〔取扱い商品〕

○健診システム　PC-健診
○臨床検査システム　PC-検査
○納品管理システム　PC-納品
○栄養管理システム　PC-栄養
○栄養指導システム　PC-MCare

A&T 株式会社 エイアンドティー

〒220-0005 横浜市西区南幸2—20—5 東伸24ビル

設立年月日：	1978年5月25日
資本金：	5億7,761万円
代表者名：	松崎 駿二
従業員数：	326名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.aandt.co.jp/
工場所在地：	〒023-1101：江刺市岩谷堂字松長根63—2
	TEL：0197—35—0005
研究所所在地：	〒252-0816：藤沢市遠藤2023—1
	TEL：0466—86—8660
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業ユニット
	TEL：045—317—1253 FAX：045—317—1280

〔展示主要商品〕

検体検査自動化システム／CLINILOG
臨床検査情報システム／ CLINILAN

〔取扱い商品〕

検体検査自動化システム	：CLINILOG
統合型 検査室リソースプランニングシステム	：CLINILAN LRP Suite
臨床検査情報ブラウザ	：CLINIWeb
検査室管理支援システム	：CLINILAN LM
個別検体データ検証システム	：CLINIEEL Server
自動分析装置	：504X
電解質分析装置	：EA06T/R，EA07
グルコース分析装置	：GA03T/R，GA04，GA05，GA08
酵素免疫測定装置	：MI01
化学発光免疫測定装置	：MI02
血液凝固分析装置	：CG02
血球計数装置	：PENTRA シリーズ
臨床検査試薬	：生化学検査試薬，免疫血清検査試薬
血液凝固分析装置専用試薬	：ドライヘマト

※小型機器・試薬販売とカスタマサポートは㈱アットウィルが行います。

株式会社 AI バイオチップス

〒170-0003 東京都豊島区駒込3—3—20 駒込トリオビル

設立年月日：	2003年12月26日
資本金：	1億9,705万円
代表者名：	代表取締役 片桐 裕司
従業員数：	25名
E—mail：	info@ai-bc.jp
URL(ホームページ)：	http://www.ai-bc.jp/
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒300-3261：つくば市花畑1—15—19
	TEL：029—864—4311 FAX：029—877—1262
商品問合せ先：	担当部門 ： TEL：

〔展示主要商品〕

併社は人工的に高集積された（AI＝Artificial Integrated）人工知能（AI＝Artificial Intelligence）を持ったバイオチップを創製する企業として，株式会社第一器業と東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻石原研究室が共同研究成果を社会還元するために設立した「東大発VB」です。

ハイブリット「PCポリマー」の創製により，ナノバイオ領域でPCサーフェイステクノロジーを表面処理技術の世界標準として普及させることによって「日本発のバイオ技術を世界へ提供すること」を企業理念としています。

〔取扱い商品〕

(1) PC Surface Technologyに関する技術提供
(2) PC Surface Technologyを応用した商品群（機能性界面親和剤「PC modifer」シリーズ／高機能性ゲル「PC gel」／高性能ナノ微粒子「PC sphere」／溶存安定剤「PC agger」）
(3)研究用試薬の受託
（ペプチド合成，コンジュゲート作製，抗体〈PCA，MCA〉作製，タンパク質精製，組換えタンパク質精製，有機合成，ELISA測定用キット開発，受託分析）
(4)スキンケアー用保湿化粧水「ピュアープレイン」
(5)バイオ分子安定化試薬「Lipidure BL」シリーズ

栄研化学株式会社

〒113-8408 東京都文京区本郷1—33—8

設立年月日：	昭和14年2月20日
資本金：	68億9,773万円
代表者名：	黒住 忠夫
従業員数：	566名
E—mail：	webmaster@eiken.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.eiken.co.jp
工場所在地：	〒329-0114：栃木県下都賀郡野木町大字野木143
	TEL：0280—56—1221
研究所所在地：	〒329-0114：栃木県下都賀郡野木町大字野木143
	TEL：0280—56—1221　FAX：0280-56-0443
商品問合せ先：	担当部門　：　営業管理室
	TEL：03—3634—2311　FAX：03—3634—2256

〔展示主要商品〕

小型・軽量　尿自動分析装置／US-1000

特長：出張健診やベッドサイドなど，どこでも運べ狭いスペースでも操作できる，POCTを実現した小型・軽量　尿自動分析装置です。①「和み」の色とデザイン　②スペースを選ばない軽量・コンパクトサイズ　③操作は一目瞭然，カラー液晶タッチパネル　④小型でも1時間に180検体の高速処理　⑤測光部には定評のカラーCCDセンサ

尿検査搬送システム／US-AlphaN

特長：全自動尿分析装置／US-3100Rと全自動尿中有形成分分析装置／UF-110*i*を連結することで検体の一元化，架設の省力化，定性結果・有形成分測定結果報告の迅速化がはかれます。

尿検査用試験紙／ウロペーパーIII

特長：より強く，より使いやすく，ウロペーパーIII誕生。①潜血・ブドウ糖試験紙を改良　②ベースフィルムをPET素材に変更　③尿自動分析装置／US-2100R・US-1000で使用可能

エッペンドルフ株式会社

〒101-0031 東京都千代田区東神田2—4—5

設立年月日：	1997年7月1日
資本金：	4億9,000万円
代表者名：	アンドレアス　クリューガー
従業員数：	33名
E—mail：	info@eppendorf.jp
URL(ホームページ)：	http://www.eppendorf.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング
	TEL：03—5825—2361　FAX：03—5825—2365

〔展示主要商品〕

マイクロピペット／リファレンス

特長：高い精度，スムーズなストローク，コンパクトで強いボディー。ピペット全体がオートクレーブ可能です。単一のボタンで，サンプルの吸引，排出，チップのエジェクトを行います。

〔取扱い商品〕

マイクロピペット　リサーチF／V／M：チップのエジェクトを別のボタンで行うピペットです。マルチチャンネルのタイプも用意しています。ピペット下部のボトムパーツはオートクレーブ可能です。

マイクロ遠心機　5415D：世界中の研究室で使われたマイクロ遠心機5415Cの後継機です。

汎用遠心機　5702：コンパクトで省スペースな汎用遠心機です。

連続分注ピペット　マルチペットプラス4981：専用チップ，コンビチッププラスを使い，1μLから10mLまで112通りの分注が可能です。

株式会社エフケム

〒152-0003 東京都目黒区碑文谷4—22—13 ホクトビル3F

設立年月日：	2004年9月1日
資本金：	2,350万円
代表者名：	藤井 利宣
従業員数：	5名（役員含む）
E—mail：	fchem@fchem.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.fchem.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 本社
	TEL：03—5768—0351 FAX：03—5768—0352

〔展示主要商品〕

尿分析装置／尿中シュウ酸・クエン酸分析装置

特長：化学発光法により尿中のシュウ酸，クエン酸を同時に測定する尿路結石症診断の即時化に有効な分析装置です。専門知識を必要としない簡単操作でかつ直ぐ測定結果が得られるため診断や研究の迅速化が計れます。

〔取扱い商品〕

○医療分野で利用する分析関連製品
①尿中シュウ酸・クエン酸分析装置及び関連部品類
②24H蓄尿容器及び部品類

○研究（生体）分野で利用する分析関連製品
①ダイヤモンドディスク回転電極装置及び部品類
②ダイヤモンド電極FIA
③分光・電気化学セル

○環境分野で利用する分析関連製品
①水道水中鉛分析装置及び電極

EPSON エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6—24—1 西新宿三井ビル24F

設立年月日：	1983年5月20日
資本金：	40億円
代表者名：	真道 昌良
従業員数：	1,380名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.i-love-epson.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： インフォメーションセンター
	TEL：0570—00—3039

〔展示主要商品〕

サーマルラベルプリンタ／TM-L90

特長：TM-L90はコンパクトなサーマルラベルプリンタ。最大毎秒150mmの高速印字でバーコードや2次元シンボルなどもスピーディーに印刷でき，検体ラベルや医療材のパッケージラベルなどに最適なプリンタです。また，型取されていない全面ラベルロール紙にも対応しオートカッターで様々なサイズのラベルを出力することができます。

業務用小型カラーインクジェットプリンタ／TM-C100

特長：TM-C100は横幅21cmの小型業務用カラーインクジェットプリンタ。ロール紙タイプとASFタイプを用意し様々な用途でお使い頂けます。様々な情報をカラーでラベルに印刷することで注意を促すことができます。また，顔料インクを採用し出力後の耐水性・保存性にも優れています。

〔取扱い商品〕

エプソンはビジネスの現場で生まれる様々なニーズにきめ細かく応えるために，幅広いラインナップで先進のプリンタ機能を提供。更に各種ドライバやユーティリティ等，開発者にとって万全の開発環境を整えております。
・サーマルレシートラベルプリンタ各種・インクジェットレシートプリンタ各種・ドットインパクトプリンタ各種

エム・シー・メディカル株式会社

〒160-8355 東京都新宿区西新宿7－5－25 西新宿木村屋ビル 11F

設立年月日	平成元年10月16日
資本金	6億円
代表者名	平野 政良
従業員数	146名
E－mail	
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒　　： TEL：
研究所所在地	〒　　： TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　DSI事業部 TEL：03－5330－7863　FAX：03－5330－0499

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

・血液凝固測定装置（KCシリーズ，AMAX，AMGA）
・赤血球沈降速度測定装置（ベスマティックシリーズ）
・血小板凝集能測定装置（MCMヘマトレーサーシリーズ）
・臨床検査測定試薬（生化学・マットスーパーシリーズ他）
（血液凝固関連試薬）
（血液凝固関連コントロール血漿）
（血小板凝集能関連試薬）

大塚製薬株式会社

〒101-8535 東京都千代田区神田司町2－9

設立年月日	1964年8月10日
資本金	67億9,100万円
代表者名	樋口 達夫
従業員数	5,169名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.otsuka.co.jp/
工場所在地	〒　　： TEL：
研究所所在地	〒　　： TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　信頼性保証本部　医薬情報センター TEL：050－316－12345　FAX：

〔展示主要商品〕

赤外分光分析装置／UBiT-IR300，POCone
UBiT-IR専用オートサンプラー／UBiT-AS10

特長：簡便な操作性，迅速な測定，優れたコストパフォーマンスを求めて開発された呼気中$^{13}CO_2$分析装置です。コンパクトな設計により，ベットサイドにも設置可能です。

〔取扱い商品〕

H. Pylori 感染診断試薬

①「ウリネリザH.ピロリ抗体」
随時尿を検体として，*H. Pylori* 感染のスクリーニングが可能，血清分離や検体希釈の手間を必要とせず，検査の簡便化を実現（ELISA法）

②「ラピランH.ピロリ抗体」
わずかな尿を迅速に診断，20分以内で判定（イムノクロマト法）

③「ヘリコチェック」
短時間に胃生検組織中のウレアーゼ活性の有無を判定（ウレアーゼ法）

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社
a Johnson & Johnson company
〒101-0065 東京都千代田区西神田3－5－2

設立年月日：	1981年3月
資本金：	10億円
代表者名：	日色 保
従業員数：	200名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.ocd.co.jp
工場所在地：	
研究所所在地：	
商品問合せ先：	担当部門：テクニカルサービスセンター TEL：0120－03－0702

〔展示主要商品〕

ビトロス5.1FS，ビトロス350，ビトロス ECiQ，HCV 抗原検査，オートビューイノーバ，BTDX，カセットディスペンサー CDmini，リーダー J

〔取扱い商品〕

・全自動臨床化学分析装置：ビトロス950，ビトロス350／多層フィルム式ドライケミストリー機器。ビトロス5,1FS／多層フィルム式ドライケミストリー測定に加え，完全ウォーターレスで液状試薬分析が可能になったハイブリッド型機器。生化学や薬物血中濃度測定，血漿蛋白，HbA_{1c}等が測定可能。微量な検体量で信頼性のあるデータが得られ，リアルタイム診療を支える診察前検査や迅速／緊急検査に最適。

全自動化学発光免疫測定装置：ビトロス EciQ／化学発光の全自動測定機器で，癌，感染症，甲状腺疾患，婦人疾患等の検査で使用。試薬の冷蔵機能や自動在庫管理機能が付いた，検査室のあらゆる省力化を可能。

感染症検査関連製品／各種フォーマットによるC型肝炎ウイルスの抗体，抗原の検出をはじめ，B型肝炎，大腸菌O157など感染症の診断，治療モニタリングが可能。

全自動輸血検査システム：オートビューイノーバ／日本語ソフトによる簡単操作を実現した信頼の WalkAway 全自動システム。輸血検査に関わる幅広い項目を測定でき，高度な標準化，効率化，安全性の向上を実現。

株式会社オービーシステム

〒559-0031 大阪市住之江区南港東8－2－19

設立年月日：	1972年8月25日
資本金：	7,475万円
代表者名：	木村 昭
従業員数：	390名
E－mail：	clip@obs.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.obs.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業統括本部 医療担当
	TEL：06－6612－8878 FAX：06－6612－8854

〔展示主要商品〕

臨床検査システム「CLiP」 総合健診システム「MEX-Plus」

特長

CLIP シリーズ
・豊富なユーザーカスタマイズ機能
・進化し続けるシステム
・操作性を追求

MEX-Plus
・機能充実

〔取扱い商品〕

臨床検査システム	CLIP
Wed 結果参照システム	CLIP-Web
病理検査システム	CLIP-PTH
細菌検査システム	CLIP-BCT
画像ファイリングシステム	CLIP-PACS
生理検査予約システム	CLIP-PRS
健診システム	MEX-Plus

OLYMPUS オリンパス株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿２－３－１　新宿モノリス

設立年月日：	1919年（大正８年）10月12日
資本金：	408億3,200万円（2004年３月末日現在）
代表者名：	代表取締役社長　菊川　剛
従業員数：	2,880名（2004年３月末日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.olympus.co.jp
工場所在地：	〒411-0943　：　静岡県駿東郡長泉町下土狩128 三島オリンパス㈱
	TEL：055－973－1311
研究所所在地：	〒192-8512：　八王子市久保山町２－３
	TEL：0426－91－7111
商品問合せ先：	担当部門　：　オリンパス㈱ ダイアグノスティックシステムズ国内営業部
	TEL：03－3340－2237　　FAX：03－6901－4916

〔展示主要商品〕

自動分析装置／AU2700

特長：処理能力と使いやすさ。生化学自動分析装置に求められる２つの条件をオールインワンの発想でクリアし，大量検体の高精度分析と高いコストパフォーマンスを両立しました。

〔取扱い商品〕

自動分析装置：AU5400，AU2700，AU640，AU400，ACA2700
自動分析装置用試薬：AU リエージェント
自動電気泳動装置：AES320，AES630
自動化学発光酵素免疫分析装置：SphereLight180
自動輸血検査装置：PK7300
輸血検査用システム：ID-Gelstation，ID-Micro Typing System
臨床検査システム：OLCOS700
OLCOS 輸血システム
看護支援システム：Nursing Pass

株式会社カイノス

〒113-0033 東京都文京区本郷２－38－18

設立年月日：	昭和50年５月１日
資本金：	８億3,141万円
代表者名：	中村 利通
従業員数：	158名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. kainos. co. jp
工場所在地：	〒309-1635：笠間市稲田字弥六内３－５　笠間西工業団地
	TEL：0296－74－4811　　FAX：0296-74-4871
研究所所在地：	〒414-0055：伊東市岡字旭1274－７
	TEL：0557－36－9155　　FAX：0557－36－9157
商品問合せ先：	担当部門　：　学術部
	TEL：03－3816－4480　　FAX：03－3816－6544

〔展示主要商品〕

輸血検査用全自動装置 Immucor Gamma　GALILEO

特長：ランダムアクセス，連続アッセイ，高い処理能力

〔取扱い商品〕

1．生化学的検査試薬／アクアオートシリーズ，各種自動分析装置用カイノスオートシリーズ，1,5AG 測定試薬他
2．EIA 試薬／クオルタスシリーズ　ELISA 試薬／PLATE-IIカイノス
3．免疫血清検査試薬／マストイムノシステムズ（アレルゲン特異 IgE 測定試薬），ヒタザイムクラミジア Ab（クラミジアトラコマチス IgA，IgG 測定試薬）ヒタザイムクラミジアニューモニエ（ニューモニエ IgA，IgG IgM 測定試薬）セラテスタム梅毒，CRP，ASO，RF，FDP，P-FDP，D ダイマー
4．輸血検査試薬／ガリレオ用試薬（ABoRh，抗体スクリーニング，抗体同定他）血液型判定用抗体及び血清（ABO，Rh，その他）クームス血清，メディウム(PeG，他)，赤血球試薬，キャプチャー R
5．輸血管理システム
6．遺伝子検査／NASBA 増幅試薬，コスモアイ（電動泳動），ニュークリセンス MINIMAG，EasyQ，DNA チップ，RNA チップ，ULTRASPEC RNA（RNA 抽出液）
7．機器／QUARTUS Immunocube（EIA），MAGO Plus（ELISA）

協和メデックス株式会社

KYOWA

〒104-6004 東京都中央区晴海1－8－10

設立年月日：	昭和56年4月1日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	伊藤 菁莪
従業員数：	300名
E－mail：	mxinfo@kyowa.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kyowamx.co.jp
工場所在地：	〒411-0932：静岡県駿東郡長泉町南一色600－1
	TEL：055－988－6000　FAX：055－988－6005
研究所所在地：	〒411-0932：静岡県駿東郡長泉町南一色600－1
	TEL：055－988－6018　FAX：055－988－6020
商品問合せ先：	担当部門：営業部
	TEL：03－6219－7602　FAX：03－6219－7614

〔展示主要商品〕

糖尿病検査項目自動分析装置／DM-JACK Upgrade（HbA1c，GA　他）

特長：DM-JACK Upgrade は HbA_{1c}，GA(%)［グリコアルブミン，アルブミン］，グルコース，1.5AG などの糖尿病検査項目3項目を同時ランダムアクセス，最大180テスト／時間の処理測定で迅速かつ高精度に測定する分析装置です。また，ピアス方式サンプリングによりバイオハザード対策も万全です。自動希釈機能，自動再検機能など豊富な機能を搭載し，糖尿病外来にも設置可能なコンパクトサイズの分析装置です。

〔取扱い商品〕

・液状タイプ生化学検査試薬
　＊脂質（デタミナーL TC，L TG，L HDL，L LDL，他）
　＊各種含窒素，各無機物質，各酵素試薬
・糖尿病関連（HbA1c，GA，1.5AG，Glu）
・モジュラーアナリティクス対応試薬　・9000シリーズの Collabonext 試薬　・ADVIAcentaur 試薬（各種ホルモン，各種腫瘍マーカー，アレルギー，血中薬物濃度）　・日臨技データ共有化管理試料 Infectrol　・各種自動分析装置（DM-JACK Upgrade，DM-JACKII，アレグロライト，HM－JACKplus，AP－96c，AP960）　・自動組織細胞染織装置（OptiMax Plus，i6000）

極東製薬工業株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7－8

設立年月日：	昭和27年7月12日
資本金：	7億8,300万円
代表者名：	菊地 博
従業員数：	235名
E－mail：	info@kyokutoseiyaku.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kyokutoseiyaku.co.jp
工場所在地：	〒318-0004：高萩市大字上手綱字朝山3333－26
	TEL：0293－23－0911
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：0293－23－0909　FAX：0293－23－7324
商品問合せ先：	担当部門：技術サービス室
	TEL：03－5645－5664　FAX：03－5645－5703

〔展示主要商品〕

自動分析用風疹ウイルス抗体測定試薬／ランピアラテックス RUBELLA

特長：抗風疹ウイルス抗体を汎用自動装置で測定できます。

HI 法との相関が良好で，連続数値が得られるため客観性が高く，精度管理上も便利です。

また，WHO の国際標準に基づく国際単位を採用していますので，NCCLS の基準値を参照するなど国際比較も可能です。

〔取扱い商品〕

1．生化学検査用試薬／ランピアシリーズ，ビアンコーレシリーズ，その他
2．免疫血清検査用試薬／ランピアシリーズ，メディエースシリーズ，その他
3．微生物学的検査用試薬各種
4．真空採血管／インセパックシリーズ

KUBOTA 久保田商事株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3—29—9

設立年月日：	昭和37年3月12日
資本金：	5,000万円
代表者名：	久保田 史彦
従業員数：	
E—mail：	sales@kubotacorp.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kubotacorp.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3815—1331　　FAX：03—3814—2574

〔展示主要商品〕

多本架遠心機／モデル5930

特長：各種チューブがバイオハザード対策用のシールドカバー内で使えます。バイオハザード対策用HEPAフィルタ付き［クラスⅠ］の安全キャビネットがセットできます。(オプション)

〔取扱い商品〕

KUBOTAブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売と，ガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販売しています。遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナップで，ますます多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

取り扱い商品は，下記のとおりです。

高速冷却遠心機，大容量冷却遠心機，ハイキャパシティ遠心機，ユニバーサル冷却遠心機，テーブルトップ遠心機，パーソナル冷却遠心機，卓上小型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心機，免疫血液学用遠心機，超音波発生装置，ガラス器具用全自動洗浄機各種，その他の理化学機器

CLINIQA™ CLINIQA Corporation

1432 South Mission Road Fallbrook, CA92028

設立年月日：	1974年
資本金：	
代表者名：	Granger Haugh
従業員数：	
E—mail：	jlanuza@cliniqa.com
URL(ホームページ)：	www.cliniqa.com
工場所在地：	774North Twin Oaks Valley Road, Suite C San Marcos, CA92069
	TEL：760—744—1900　　FAX：760—941—9593
研究所所在地：	同上
	同上
商品問合せ先：	担当部門　：　Global Sales Director Controls
	TEL：800—728—5205　　FAX：760—728—2902
	日本代理店　：　㈱ベリタス営業販売部／技術営業部
	TEL：03—3593—3211　　FAX：03—3593—3216

〔展示主要商品〕

液状コントロール／キャリブレータ／Tumor Marker Control／Cardiac Marker Control

特長：1．2～8℃保存で24ケ月安定な液状品
2．マルチコントロール

〔取扱い商品〕

1．Immunology Control
　測定項目：23項目，3濃度
2．Tumor Marker Control
　測定項目：14項目，3濃度
3．Cardiac Marker Control
　測定項目：6項目，3濃度
4．hCG Control
　測定項目：hCG，3濃度
5．hs-CRP Control
　測定項目：hs-CRP，3濃度
6．Combined Apo AI/Apo B Controls
　測定項目：Apo AI/Apo B，3濃度

Kowa 興和株式會社

〒460-8625 名古屋市中区錦3－6－29

設立年月日：	昭和14年11月
資本金：	38億4,000万円
代表者名：	三輪 芳弘
従業員数：	2,100名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒431-2103：浜松市新都田1－3－1
	TEL：053－428－5711　FAX：053－428－5719
研究所所在地：	〒305-0856：つくば市観音台1－25－5
	TEL：0298－36－4611　FAX：0298－36－4609
商品問合せ先：	担当部門　：　医用機器営業部営業第三課
	TEL：03－3279－7514　FAX：03－3279－7541

〔展示主要商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置／PA-20

特長：1．高感度測定で濁度法の約100倍の測定が可能。
2．活性化血小板の自然凝集の測定が可能。
3．粒度分布凝集塊の大きさと数が測定できる。
小凝集，中凝集，大凝集塊形成過程が客観的にわかります。
4．従来の濁度方式も同時測定。

〔取扱い商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置　PA-200
4/8チャンネル多機能血小板凝集自動測定装置　TPA-4C，ET-800
血液流動性測定装置　エムシーファン　HR-300

小林記録紙株式会社

〒448-8656 刈谷市小垣江町北高根115

設立年月日：	昭和21年4月1日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	小林 祥浩
従業員数：	1,500名
E－mail：	iryou@kobayashikk.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kobayashikk.co.jp/cgi-bin/iryo/topics.cgi
工場所在地：	〒448-8656：刈谷市小垣江町北高根115
	TEL：0566－26－5310
研究所所在地：	〒　： TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療事業部
	TEL：052－222－3121　FAX：052－222－7135

〔展示主要商品〕

採血業務支援システム／i・pres gear

特長：省スペース，低コストをコンセプトに開発しました採血管準備装置です。新開発のメカニズムを採用することにより，小さく低コストでありながらオートラベラーに必要な機能を十分に兼ね備えています。

〔取扱い商品〕

1．システム開発
- 臨床検査システム　SIMS
- 検査報告照会システム　TRAS
- バーコードラベル発行システム
- 出張健診支援システム　T-MES
- EAN128バーコード発行システム

2．臨床検査自動化システム対応各種装置
- 検体ラベルプリンター　KPシリーズ，ipシリーズ
- 検体ラベル自動貼り付け装置　VLシリーズ
- 採血業務支援システム　i・pres

3．医療用コンピュータ用紙，OMR／OCR用紙，検体ラベル各種，各種カード，医療用記録紙

SATO 株式会社サトー

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4－9－10

設立年月日：	昭和26年5月16日
資本金：	63億3,103万円
代表者名：	大塚 正則
従業員数：	連結2,515名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sato.co.jp
工場所在地：	〒024-0102：北上市北工業団地1－25
	TEL：0197—66—4801
研究所所在地：	〒330-0852：さいたま市大宮区大成町1—207
	TEL：048—663—8109　FAX：048—651—6770
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部　ソリューション営業部
	TEL：03—5449—4410　FAX：03—5449—4465

〔展示主要商品〕

4インチ・ラベルプリンタ／L' esprit シリーズ T 8／12，R 8／12

特長：バーコードによる医療過誤防止システムをはじめ，医療現場の安心を支える各種バーコードシステムをご提供しています。またEAN-128コード活用による医療材料物流効率化支援システム，および院内オーダーリングシステムに対応した各種業務（受付，検体，処方箋，カルテ管理等）の省力化・効率化支援システムを開発・販売しています。

〔取扱い商品〕

・バーコードによる医療過誤防止システム
・国際標準バーコードの医療材料・医薬品管理システム
・各種オーダーラベル発行システム
・クリニック予約システム
・各種シール製品
・その他

GL Sciences ジーエルサイエンス(株)

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6－22－1 新宿スクエアタワー30F

設立年月日：	昭和43年2月
資本金：	10億4,087万円
代表者名：	取締役社長 森 憲司
従業員数：	355名
E－mail：	info@gls.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.gls.co.jp
工場所在地：	〒960-8201：福島市岡島字長岬5－3
	TEL：024—533—2244
研究所所在地：	〒358-0032：入間市狭山ヶ原237—2
	TEL：04—2934—2123　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　販売推進部営業企画課
	TEL：03—5323—6611　FAX：03—5323—6622

〔展示主要商品〕

自動分注装置／MICROLAB® STAR

特長：本装置は，独自のチップ装着法により，分注工程中のチップ内圧をモニタすることで，分注時の状況を認知し，これにより確実な分注を実現します。また，分注位置設定が自由なため，独自の容器からの分注も可能です。

〈取扱い商品〉

・ハミルトン社製自動分注装置　MICROLAB®
　①STAR，STAlet，STARplus
　　Oーリングを用いた独自のチップ装着法により，チップ内圧をモニタする機能（TADM）を利用し，確実な分注を行います。
　②ATplus2
　　ポジティブディスプレースメント方式のシリンジチップにより，全血や組織のホモジナイズ等，様々な試料をストレス無く，分注できます。
・ハミルトン社製ポンプモジュール・バルブ・シリンジ
　独自の分注装置作成に不可欠なポンプモジュール「PSD/2，4，8」。ポンプモジュールに装着して使用するバルブ，シリンジも用意しています。
・ハミルトン社製XYZアームモジュール
　0.3mmの位置精度でXYZに可動するアームモジュールです。

シオノギ製薬

〒541-0045 大阪市中央区道修町3－1－8

設立年月日：	大正8年6月5日
資本金：	212億7,974万円
代表者名：	代表取締役社長　塩野 元三
従業員数：	5,589名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒566-0022：摂津市三島2－5－1
	TEL：06—6381—7343
研究所所在地：	〒553-0002：大阪市福島区鷺洲5－12－4
	TEL：06—6458—5861
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬部
	TEL：06—6381—7343　FAX：06—6381—4281

〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置 MI02，専用試薬「MI02シオノギ BNP」

特長：血漿中のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）の測定は心不全の病態把握に有用である。全自動装置MI02専用試薬「MI02シオノギBNP」は従来法「シオノリアBNP」と同等の精度を有し，相関性も良好。測定時間11分間，1時間に400サンプルの測定が可能。

重松貿易株式会社

〒541-0047 大阪市中央区淡路町2－2－5

設立年月日：	昭和38年9月9日
資本金：	5,000万円
代表者名：	重松 克彰
従業員数：	50名
E－mail：	ken@shigematsu.co.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　化学品部
	TEL：06—6231—6146　FAX：06—6231—6149

〔展示主要商品〕

試験研究用試薬

特長：HIV及びウイルス感染症研究用の試薬及びキット，クリニカルサンプル及び血清，血しょうなどのサンプルの案内とカタログなど。

〔取扱い商品〕

HIV及びウイルス感染症研究用の試薬，キット，クリニカルサンプル，及び各種パネルなど。

Sysmex シスメックス株式会社

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1

設立年月日：	昭和43年2月20日
資本金：	55億921万円
代表者名：	代表取締役社長　家次　恒
従業員数：	1,635名（2005年4月1日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sysmex.co.jp
工場所在地：	〒675-0011　：加古川市野口町北野314－2　〒675-1322 小野市匠台17
	TEL：0794－24－1171(加古川工場)　TEL 0794-62-7001(小野工場)
研究所所在地：	〒651-2271：神戸市西区高塚台4－4－4
	TEL：078－991－1911　FAX：078－991－1917
商品問合せ先：	担当部門　：　営業推進本部
	TEL：078－992－6124　FAX：078－992－6159

〔展示主要商品〕

総合血液学検査システム／HSトランスポーテーションシステム

特長：血球計数，白血球分類，網赤血球・有核赤血球測定，塗抹標本の作製染色をオーダーに従って連続で自動処理できる総合的な血液検査システムであり，血液検査の効率化に有用である。

〔取扱い商品〕

総合血液学検査システム
多項目自動血球分析装置
自動網赤血球測定装置
多項目自動血球計数装置・自動血球計数装置
全自動尿中有形成分分析装置・便潜血分析装置
全自動血液凝固測定装置・血液凝固・線溶関連試薬
免疫凝集測定装置・酵素免疫測定装置・免疫試薬
臨床検査情報システム
血液検査用データ処理装置
血液細胞画像ファイリングシステム
血液ガス分析装置・電解質分析装置
輸血検査関連試薬・血清学関連試薬・生化学関連試薬

株式会社 常光

〒113-0033 東京都文京区本郷3－19－4

設立年月日：	昭和23年12月9日
資本金：	1億5,000万円
代表者名：	服部 健彦
従業員数：	320名
E－mail：	mail@jokoh.com
URL(ホームページ)：	http://www.jokoh.com
工場所在地：	〒439-0037：静岡県小笠郡菊川町西方154
	TEL：0537—36—1577
研究所所在地：	〒213-8588：川崎市高津区宇奈良731－1
	TEL：044—811—9211　FAX：044－811－9209
商品問合せ先：	担当部門　：　営業サービス本部
	TEL：03—3815—1717　FAX：03—3815—1759

〔展示主要商品〕

透析液／血液測定用電解質分析装置　EX－D　新登場

特長：新開発の透析液用校正液と高性能電極により，これまで難しかった調製済透析液やA液，B液の測定がきちっと出来るようになりました。校正は2週間に1回でOK。これまでより，ランニングコストが安くなりました。20検体連続測定可能なオートサンプラーを内蔵しています。また，採血管よりの直接測定もOK。

〔取扱い商品〕

＊全自動電気泳動装置：検体自動分注システムCTE-9000，CTE-880
＊全自動アイソザイム，蛋白分画測定装置：ALC-760
＊デンシトメータ：CCD画像処理方式Pix-10
＊血液ガス分析装置：JBA-アルファ，JBA-200，携帯型アーマ2000
＊電解質分析装置：Na，K，Cl　EX-2000，EX-Z
＊透析液分析装置：EX-D
＊自動血沈計：モニター12，モニター20，モニター40，モニター100(レート変法)
＊全自動グリコヘモグロビン$A1_c$分析装置：HS-12
＊リポ蛋白分画精密測定試薬キット：リポフォー
＊アルフォス分画精密測定試薬キット：アルフォー
＊アルツハイマー診断システム：ディメンション

積水化学工業株式会社

〒105-8450 東京都港区虎ノ門2-3-17（虎ノ門2丁目タワー）

設立年月日：	1947年3月
資本金：	1,000億円
代表者名：	大久保　尚武
従業員数：	2,858名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sekisui.co.jp
工場所在地：	〒746-0006：周南市開成町4560
	TEL：
研究所所在地：	〒618-0021：大阪府三島郡百山2－1
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル事業部
	TEL：03—5521—0615　　FAX：03—5521—0617

〔展示主要商品〕

診断薬（メディエースTPLA, RPR），滅菌処理済み真空採血管（インセパックII）

特長：滅菌処理済み真空採血管インセパックII（SQ）は凝固時間が約5分と早く，検査終了までの時間を大幅に短縮できます。メディエースTPLA，RPRは再現性，特異性に優れ汎用自動分析装置に対応可能です。

〔取扱い商品〕

試薬用ラテックス
梅毒診断用試薬（メディエースTPLA，RPR）
滅菌済み真空採血管（インセパックII）
血液分離用スピッツ（セパラピッドチューブ，ヘパラピッドチューブ）
検査器材（血沈管，検鏡プレート，採尿管，シャーレ）
小型自動滅菌器（メディクレーブ）

株式会社セントラル科学貿易

〒111-0052 東京都台東区柳橋1－8－1

設立年月日：	昭和42年6月20日
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役　阿部　吉邦
従業員数：	
E－mail：	tokyo@cscjp.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.cscjp.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—5820—1500　　FAX：03—5820—1515

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

○全自動電解質分析装置　PVA-EX II
○マルチドロップ384/S60スタッカー
○ M384アトラスウォッシャー/タイタンスタッカー
○高精度分析装置　Digiflex TP（アベルケンダル用）
○空中浮遊菌採取装置　RCSエアーサンプラー
○小型ヘマトクリット用遠心機　HemataSTAT II
○高速遠心機　プラズマプレップ
○プレートリーダー，ウォッシャー
○細胞破砕システム　ポリトロン，ブランソン
○微量送液ポンプシステム
○ランセット
○ディスポ製品（ストックウェル，コパン社）

第一化学薬品株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋3－3－15

設立年月日：	昭和22年7月10日
資本金：	12億7,525万円
代表者名：	蘆田 伸一郎
従業員数：	647名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.kensa-daiichi.jp/kensa/
工場所在地：	〒301-0852：竜ヶ崎市向陽台3－3－1
	TEL：0297—62—7551
研究所所在地：	〒301-0852：竜ヶ崎市向陽台3－3－1
	TEL：0297—62—7551
商品問合せ先：	担当部門 ： マーケティング部 プロダクトマネージャー
	TEL：03—3272—0827 FAX：03—3281—0510

〔展示主要商品〕

日立9000シリーズ関連測定試薬／クオリジェント，
糖尿病関連試薬／ルシカ GA-L

〔取扱い商品〕

○脂質関連試薬：コレステスト N HDL，LDL，CHO，アポ A-Ⅰ，A-Ⅱ，B，C-Ⅱ，C-Ⅲ，E，Lp(a)，LCAT 他

○生化自動分析用試薬：ピュアオート S，クオリジェント（TG，GLU，AMY，CRP，CHO，CRE），ナノピア CRP

○凝固線溶測定項目：（測定装置）コアグレックス800 （試薬）ナノピア P-FDP ナノピア D ダイマーテストチーム S AT Ⅲ，APL，PLG，プロテイン C 他

○ TDM 関連試薬：セディア，ディーアールアイ（テオフィリン，ジゴキシン，フェニトイン，ハロペリドール／ブロムペリドールフェノバルビタール，カルバマゼピン，バルプロ酸）

○感染症関連試薬：ラピッドテスタ FLU Ⅱ，ラピッドテスタロターアデノ，ラピッドテスタストレップ A

○消化器関連試薬：パナッセイⅣ・C「ラテックス」，アクアオートカイノス TBA 試薬

○リウマチ関連試薬：パナクリア MMP-3「ラテックス」

○糖尿病関連試薬：ルシカ GA-L ○腫瘍マーカー：ナノピア PSA

株式会社第一器業

DAIICHI

〒114-0024 東京都北区西ヶ原3－25－1

設立年月日：	昭和47年6月17日
資本金：	3,800万円
代表者名：	片桐 裕司
従業員数：	18名
E－mail：	dai-1@bd5.so-net.ne.jp
URL(ホームページ)：	http://www.dai-1.co.jp/
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒300-3261：つくば市花畑1－15－19
	TEL：029—864—4311 FAX：029—877—1262
商品問合せ先：	担当部門 ： 本社／北区西ヶ原3－25－1
	TEL：03—3918—5496 FAX：03—3917—6062

〔展示主要商品〕

「CRYSTAL 1」／病理細胞診業務支援システム「ChronoStarPAL」

特長：①消えないバーコード印字の上に確立された一貫システム
（検体取違いミス防止に大きな威力を発揮します。）
②バーコード印字サービスによる大幅な経費削減効果が得られます。
③多大な予算を必要とせず，すぐにバーコード管理に切換が可能です。

〔取扱い商品〕

・「CRYSTAL 1」バーコード・レーザープリンティングサービスシステム
レーザービームによりインクを吹きとばすという発想によりスライドガラスに消えないバーコードが従来からの問題点をすべて解消しました。様々な溶剤並びに染色液にも使用可能です。連続的に連番バーコードや日付などをプリントするシステムです。
尚，受託サービスも行っております。

・「ChronoStarPAL」
病理細胞診業務支援システム

DAISEN SANGYO 大扇産業株式会社

〒534-0021 大阪市都島区都島本通1—15—17

設立年月日：1963年
資本金：8,000万円
代表者名：代表取締役　合田 昭男
従業員数：24名
E—mail：daisentk@dc.mbn.or.jp
URL(ホームページ)：http://www.daisen-sangyo.co.jp.
工場所在地：〒930-0401：富山県中新川郡上市町広野新269
TEL：0764—73—0336
研究所所在地：〒　：
TEL：
商品問合せ先：担当部門　：　メディカル事業部
TEL：03—3985—3466　FAX：03—3985—3477

〔展示主要商品〕

自動開栓装置／ARD シリーズ

特長：ゴム栓タイプ真空採血管のゴム栓を自動で開栓します。開栓時の血清等の飛散や検体間のコンタミを防止します。

〔取扱い商品〕

〈検体前処理システム〉
○自動分注装置（LTA-III）
○自動開栓装置（APN シリーズ）　フィルム栓用（卓上型含む）
（ARD シリーズ）　ゴム栓用・プラスチック栓（ヘモガード）用（卓上型を含む）
○自動検体シーラー（ATS100）
○検体自動仕分装置（HANDSOME／ハンサム）
〈成形品〉
○分注用ロングチューブ
○シーラー用テープ
○ピペッティングチップ（200μ，1000μ，3500μ）
○検査用各種チューブ

Dynal Biotech ASA / ㈱ベリタス

Box 114 Smestad N-0309 Oslo, Norway

設立年月日：1986年
資本金：
代表者名：Jon Hinder
従業員数：
E—mail：techcentre@dynalbiotech.com
URL(ホームページ)：http://www.dynalbiotech.com
工場所在地：Ullernschausseen 52, 0379 Oslo, Norway
TEL：
研究所所在地：Ullernschausseen 52, 0380 Oslo, Norway
TEL：
商品問合せ先：担当部門　：　Technical Centre
TEL：+4722061110(9am-4pm CET)　FAX：+4722519505
日本代理店　：　㈱ベリタス営業販売部/技術営業部
TEL：03—3593—3211　FAX：03—3593—3216
E-mail：tomohikokato@veritastk.co.jp

〔展示主要商品〕

自動化に対応した表面活性化超常磁性ポリマービーズ　Dynabeads

特長：この磁性ビーズは，抗体，抗原蛋白質，レクチンなど種々の物を化学結合や物理吸着でビーズ表面に結合することができます。
磁石より迅速に回収，磁石を離せば磁性は残らずビーズは再分散，粒径および表面形状が均一であることから高い再現性を持ち，臨床検査機器による自動化を可能にします。

〔取扱い商品〕

Dynabeads-MyOne™Streptavidin T1
Dynabeads-MyOne™Streptavidin C1
Dynabeads-MyOne™Tosylactivated
Dynabeads-MyOne™Carboxylic Acid
Dynabeads-M280 Tosylactivated　Dynabeads-M280 Streptavidin
Dynabeads-M270 Carboxylic Acid　Dynabeads-M270 Amine
Dynabeads-M270 Streptavidin
Dynabeads-M270 Epoxy　Dynabeads-ProteinA　Dynabeads-ProteinG

DakoCytomation ダコ・サイトメーション株式会社

〒600-8493 京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル

設立年月日：	1987年9月16日
資本金：	8,000万円
代表者名：	代表取締役社長 小畑 勝利
従業員数：	57名（2004年5月現在）
E－mail：	cs-dakoj@mail.dako.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.dakocytomation.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒600-8493：京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル
	TEL：075—211—3655　　FAX：075—211—1755
商品問合せ先：	担当部門　：　特販部
	TEL：03—5802—2680　　FAX：03—5802—2581

〔展示主要商品〕

免疫組織染色用自動染色装置，各種ポリクローナル／モノクローナル抗体，OEM・バルク用免疫学診断用及び研究用試薬

〔取扱い商品〕

- 免疫組織化学染色用機器
- 免疫組織化学染色用試薬（EPOS，ENVISION システム，LSAB 法，CSA 法等関連試薬）
- OEM 及びバルク抗体　●フローサイトメトリー関連試薬
- 遺伝子関連試薬（PNA プローブ，CSA-ISH 法，アポトーシス関連，サザンブロッティング法）
- ELISA 用キット，コントロール血清及びキャリブレーター類
- 比濁法及びネフェロメトリー関連試薬及び特異抗体
- 各種自動分析機用の免疫関連試薬
- グレーバー・ウィリアムス法，免疫沈降法，ロケット電気泳動法及び免疫固定法等関連試薬及び特異抗体

TANAKA KIKINZOKU GROUP 田中貴金属工業株式会社

〒103-8206 東京都中央区日本橋茅場町2－6－6

設立年月日：	1918年
資本金：	5億円
代表者名：	岡本　英彌
従業員数：	1,204名
E－mail：	Prex-net@ml.tanaka.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.tanaka.co.jp
工場所在地：	〒254-8206：平塚市新町1—75
	TEL：0463—32—1848
研究所所在地：	〒254-0076：平塚市新町2—73
	TEL：0463—35—5170　　FAX：0463—32—5614
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部
	TEL：03—3668—2122　　FAX：03—3667—7408

〔展示主要商品〕

診断薬用金コロイド／Au クエン酸コロイド

特長：本製品は，クエン酸ベースの金コロイド溶液で，体外診断薬や各種判定キットの組み込み用試薬，バイオマーカー等に最適です。100%国内開発製造で，ロット間のばらつきが少なくシャープな粒度分布を誇るとともに必要なとき必要な量を提供いたします。

〔取扱い商品〕

1. 診断薬用金コロイド
2. バイオマーカー用各種貴金属コロイド
   - Pt，Pd など複合コロイドも手がけております。
3. 貴金属による医療材料
   - 抗がん剤の Pt 化合物原薬製造を行っています。
   - サージカル（外科用）器具，部品等の設計製作をお引き受けしております。
   - 測定用貴金属電極のカスタム製作。
   - 貴金属製マーカーのカスタム製作。
4. 貴金属薄膜加工品
   - プレックスシート（Au，Pt 薄膜製品）の製作と販売。
   - 受託製造による，貴金属電極等の試作製造。

T.CHATANI & CO.,LTD. 茶谷産業株式会社

〒541-0052 大阪市中央区安土町1－8－15 野村不動産大阪ビル

設立年月日：	1919年
資本金：	3.1億円
代表者名：	茶谷康弘
従業員数：	400名
E－mail：	bio-tky@chatani.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.bio.chatani.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　東京営業所　バイオメディカル事業部
	TEL：03－5562－4126　　FAX：03－5562－4107

〔展示主要商品〕

携帯型簡易血液化学分析器／Piccolo（ピッコロ）

特長：6.9kgの軽量コンパクトタイプで僅0.1mLの全血で15分以内最大15項目測定可能である。同製品の測定精度は現在一般的になされているクリニカルラボラトリーと同程度で迅速な測定が特徴。

〔取扱い商品〕

QRS社ポータブル心電図測定器（医師用）
QRS社ポータブル呼吸機能測定器

デイド ベーリング株式会社　DADE BEHRING

〒104-0033 東京都中央区新川1－3－17 新川三幸ビル

設立年月日：	平成6年9月22日（合併は平成10年4月1日）
資本金：	47億5,800万円
代表者名：	代表取締役社長　坂野 弘太郎
従業員数：	約280名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様支援センター
	TEL：0120－543－455　　FAX：0120－506－155

〔展示主要商品〕

デイドベーリング株式会社は，生化学，免疫化学，血中薬物，細菌，感染症と各分野で高い評価をいただいており，広い分野をカバーする総合サービスを目指します。

〔取扱い商品〕

全自動細菌検査システム：マイクロスキャン WalkAway™ 96 SI
マイクロスキャン WalkAway™ 40 SI
マイクロスキャン autoSCAN-4
全自動免疫化学分析システム：BN プロスペック
ベーリング ネフェロメータII
臨床化学自動分析システム：ディメンション® RxL Max™
ディメンション® Xpand™Plus
自動免疫蛍光測定システム：ストラタス® CS
全自動 ELISA 分析システム：ベーリング ELISA プロセッサーIII
自動化学発光酵素免疫分析装置：スフィアライト180
血中薬物濃度自動分析装置：Viva-E™システム

TECAN. テカン ジャパン株式会社

〒183-0023 府中市宮町1—40

設立年月日：	1992年4月21日
資本金：	5,000万円
代表者名：	スコット イートン
従業員数：	30名
E—mail：	infojapan@tecan.com
URL(ホームページ)：	http://www.tecan.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：東京本社 042-334-8855 大阪オフィス 06-6305-8511 FAX：東京本社 042-334-0401 大阪オフィス 06-6305-3167

〔展示主要商品〕

マイクロプレートリーダー／サンライズ／ジェニオス／ジェニオス プロ／サファイア2

特長：吸光マイクロプレートリーダー サンライズは，WindowsCEを搭載したカラータッチパネル式のディスプレイを装備し，更に使いやすくなりました。テカンのプレートリーダーは，臨床や研究分野のニーズに対応した機能や価格帯を考慮した豊富なラインアップからお選びいただけます。

〔取扱い商品〕

- 自動分注システム（ELISA，核酸抽出等）
- マイクロプレートリーダー
- マイクロプレートウォッシャー
- 遺伝子発現解析（自動ハイブリダイゼーション装置，マイクロアレイスキャナー）

TMC 株式会社テクノメディカ

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5—5—1

設立年月日：	昭和62年9月8日
資本金：	4億5,100万円
代表者名：	實吉 繁幸
従業員数：	135名
E—mail：	info@TechnoMedica.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.TechnoMedica.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒224-0041：横浜市都筑区仲町台5—4—9
	TEL：045—948—5901
商品問合せ先：	担当部門 ：
	TEL：045—948—1961 FAX：045—948—1962

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC・ROBO-787

特長：採血情報に基づき自動的に採血管を選択してラベルを印刷，貼りつけして1患者ごとにトレイに準備できます。高速処理能力，豊富なオプションがあり，シェアは80%あります。

〔取扱い商品〕

オールインワン型採血管準備システム；BC・ROBO-787
自動採血管準備装置；BC・ROBO-686
小型採血管準備システム；BC・ROBO-mini40
採血台搬送整理番号表示システム　自動検体仕分け装置；SS・ROBO-800
ハルンカップラベラ；HARN-570 自動尿分取装置；UA・ROBO-600A/B
一般検査前処理システム；UA・LABELER-1　PIS患者認識システム
全自動pH／血液ガス分析装置；GASTAT-600，GASTAT-601，GASTAT-602i，GASTAT-603ie
電解質分析装置；STAX-3
ポータブルハンディ型血液分析器；GASTAT-mini
自動血沈測定装置；ESR-quick 15　赤血球沈降速度測定機ESR-6000BP

生研 デンカ生研株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3－4－2　秀和第一茅場町ビル

設立年月日：	昭和25年2月11日
資本金：	10億円
代表者名：	代表取締役社長 大竹　道夫
従業員数：	402名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.denka-seiken.co.jp
工場所在地：	〒959-1836：五泉市南本町1－2－2
	TEL：0250－43－4111
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　学術営業推進部
	TEL：03－3669－9091　　FAX：03－3664－1005

〔展示主要商品〕

FER-ラテックスX2「生研」CN

特長：1．低濃度から高濃度までの広範囲での測定が可能です。
2．高感度化によって少ない検体量での測定が可能です。
3．血液凝固促進剤を用いた採血管の影響を回避しました。

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」
TP，ALB，CRE-S，UA-S(N)，GLU-S，FG-TG(S)，T-CHO(S)，HDL-EX，PL-S，Mg-S，IP-S，GOT-JS，GPT-JS，LD-JS，ALP-JS，γ-GT(IF)-S，CK-JS，AMY-S

ラテックス試薬シリーズ
CRP，RF，ASO，AFP，BMG，Mb，IgE，FER，Lp(a)，αMi

TIA試薬シリーズ
IgG，IgA，IgM，C3，C4，U-ALB

TOMAS 東京貿易株式会社

〒104-8510 東京都中央区八丁堀2－13－8

設立年月日：	昭和22年10月30日
資本金：	5億1,000万円
代表者名：	取締役社長　立野 嘉之
従業員数：	270名
E－mail：	uehiro@tokyo-boeki.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.tokyo-boeki.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒197-0815：あきる野市二宮東2－3－63
	TEL：042－550－7271
商品問合せ先：	担当部門　：　医療プロジェクト室
	TEL：03－3555－7353　　FAX：03－3555－7271

〔展示主要商品〕

多機能自動分析装置ビオリス24i（プレステージ24i）

ビオリス24i

特長：①同時24項目測定（オプション：同時36項目測定システム）
②240テスト／時（400テスト／時：電解質測定を含む）
③パソコンによる簡単操作
④真空採血管対応サンプルトレー
⑤ホスト双方向通信対応

〔取扱い商品〕

自動分析装置　ビオリス24i，ビオリス60i
ポンプ　ダイヤフラムポンプ，プランジャーポンプ

東芝メディカルシステムズ株式会社

〒324-8550 大田原市下石上1385

設立年月日：	昭和23年9月23日
資本金：	147億円
代表者名：	桂田 昌生
従業員数：	約3,300名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：　－　－
研究所所在地：	
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　検体検査システム事業部
	TEL：03－3818－2182　　FAX：

〔展示主要商品〕

自動分析装置　ARCHITECT c8000

特長：検体間キャリーオーバの低減により，免疫測定装置との連結が可能。インテリジェントラックサンプラーにより，検体の操作性が飛躍的に向上できる。

〔取扱い商品〕

医用検体検査機器，診断用X線装置，医用X線CT装置，磁気共鳴画像診断装置（MRI），超音波画像診断装置，診断用核医学装置，治療用機器，医用内視鏡，医用コンピュータ・システム

東ソー株式会社

TOSOH

〒105-8623 東京都港区芝3－8－2

設立年月日：	昭和10年2月11日
資本金：	406億円
代表者名：	代表取締役社長 土屋　隆
従業員数：	2,420名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.tosoh.co.jp
工場所在地：	〒746-8501：周南市開成町4560
（他2工場）	TEL：0834－63－9800
研究所所在地：	〒252-1123：綾瀬市早川2743－1
（他2研究所）	TEL：0467－77－2211
商品問合せ先：	担当部門　：　科学計測事業部 営業部
	TEL：03－5427－5181　　FAX：03－5427－5220

〔展示主要商品〕

自動EIA装置AIA-360，自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G7

特長：小型，高精度で診療前検査をはじめ迅速測定に最適。

〔取扱い商品〕

①全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-360）
②全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-600II）
③全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-1800）
④酵素免疫測定用試薬（Eテスト「TOSOH」IIシリーズ）
⑤東ソー自動グリコヘモグロビン分析計（HLC-723G7）
⑥東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC-725CA II）
⑦自動VMA/HVA分析計（HLC-726VMA III）
⑧TRCRリアルタイムモニター（TRCRapid-160）

東洋器材科学株式会社

TYK TOYO KIZAI

〒335-0003 蕨市南町４－７－10

設立年月日：	昭和47年12月１日
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役社長 佐藤 英輔
従業員数：	45名
E－mail：	tykkizai@toyo-kizai.co.jp
URL(ホームページ)：	http//www.toyo-kizai.co.jp
工場所在地：	〒335-0003：蕨市南町４－７－10
	TEL：048－447－3381
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：048－447－3381　　FAX：048－431－4685

〔展示主要商品〕

WELTECH-DSJ（自動検便塗布装置），エコ採便管

特長：技師の方々にも引けを取らない塗布精度と処理能力の自動検便塗布装置とそれに適した採便管です。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品

・スピッツ
・スポイト
・チューブ
・シャーレ
・サンプルカップ
・採便管
・カップ類
・採水瓶
・スワブ

東洋紡績株式会社

TOYOBO 東洋紡

〒530-8230 大阪市北区堂島浜２－２－８

設立年月日：	1914年６月１日
資本金：	433億円
代表者名：	取締役社長　津村 準二
従業員数：	4,000名
E－mail：	techoskoobio.toyobo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.toyobo.co.jp
工場所在地：	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7641
研究所所在地：	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7643
商品問合せ先：	担当部門　：　診断システム事業部
	TEL：06－6348－3335　　FAX：06－6348－3833

〔展示主要商品〕

尿中有形成分分析装置：U-SCANNER

特長：1)検体分取から画像解析判定まで全てを自動化いたしました。2)Auto Focus機能装備の顕微鏡画像を高精度画像解析プログラムで解析します。3)赤血球（変形赤血球）・白血球・上皮細胞（偏平，移行，尿細管）円柱（硝子，ろう様，顆粒）・細菌・膿尿・無晶性塩類と充実した測定項目です。4)撮像画像を保存できますので，再検目視が可能となり，低再検率化に成功しました。以上の性能を有する“U-SCANNER”は尿検査の効率化に有用です。

〔取扱い商品〕

・尿中有形成分分析装置：U-SCANNER
・ニコカード　HbA_{1c}
・ニコカード　CRP
・ニコカード　U-Alb

長瀬産業株式会社

〒103-8355 東京都中央区日本橋小舟町5－1

設立年月日：	大正6年12月9日
資本金：	96億9,970万円
代表者名：	長瀬 洋
従業員数：	約800名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. nagase. co. jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒651－2241：神戸市西区室谷2－2－3
	TEL：078－992－3162　　FAX：078－992－1050
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカルケア製品事業部
	TEL：03－3665－3372　　FAX：03－3665－3723

〔展示主要商品〕

総合感染症コントロールシステム

特長：感染症総合情報処理システム及び感染症検査機器システムや病院総合医療情報システムの連携によって，感染症をリアルタイムにモニタリングし，早期診断，適正治療，院内感染の防止及び教育，研究を支援します。

〔取扱い商品〕

1．自動細菌検査システム MIC2000自動培養ストッカー　IS60
2．MIC 画像処理判定システム：DPS
3．赤沈自動測定装置：QuickEye（クイックアイ）
4．総合感染症コントロールシステム
5．臨床検査情報処理システム
6．イメージ入力システム：Form CATCHER

株式会社ニチリョー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2－4－10 共同ビル

設立年月日：	昭和19年5月25日
資本金：	3,000万円
代表者名：	伊東 義人
従業員数：	60名
E－mail：	n-sales@nichiryo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nichiryo.co.jp
工場所在地：	〒343-0822：越谷市西方2760－1
	TEL：048－989－1301
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部　営業部
	TEL：03－5820－2411　　FAX：03－5820－2410

〔展示主要商品〕

自動分注希釈装置／NSP-7000III

特長：NSP-7000IIIはディスポーザブルチップを用いた自動分注希釈システムです。ディスポーザブルチップ用及びマイクロプレート用スタッカーを装備し，384穴マイクロプレートに対応しています。さらに付属のソフトウエアにより誰でも簡単にプロトコールを作成できます。

〔取扱い商品〕

・ハイブリッドピペット　：Nichipet HB
・デジタルマイクロピペット　：Nichipet EX & EX-plus
・軽量エルゴノミックピペット　：Nichiryo Le
・マルチチャンネルピペット　：Nichipet 7000
・シリンジディスペンサー　：ニチメイトステッパー
・ボトルトップディスペンサー　：ディスペット
・ピペットコントローラ　：Pipette Mate
・自動分注希釈システム　：NSP-7000III
　：NSP-7000R
　：マイリューターIII
・小型分注ワークステーション　：Multi-CHOT
・フルカスタマイズワークステーション：Zinsser Lissy シリーズ

日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野3—23—9

設立年月日：	昭和10年4月6日
資本金：	44億5,000万円
代表者名：	佐々 義廣
従業員数：	451名
E—mail：	diag-sale@nissui-pharm.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nissui-pharm.co.jp
工場所在地：	〒307-0036：結城市北南茂呂1075—2
	TEL：0296—35—1221　FAX：0296—35—1217
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：0296—35—1225　FAX：0296—35—1579
商品問合せ先：	担当部門　：マーケティング戦略部マーケティンググループカスタマーサポート担当
	TEL：03—5846—5707　FAX：03—5846—5629

〔展示主要商品〕

全自動迅速同定感受性測定装置／ライサス

特長：①菌種同定と薬剤感受性検査を1台のシステムで同時に行うことができる
②同定・感受性成績ともに最短で3時間で得られる
③操作は菌液をセットするだけで，菌液希釈も装置が行い，自動的に接種・培養・判定する

〔取扱い商品〕

全自動蛍光免疫測定装置：エバネット EV20
全自動エンザイムイムノアッセイ装置：AIA-1800
AIA-600II
AIA-360
精度管理用凍結プール血清：L-コンセーラ I EX，II EX
L-スイトロール I，II，II EX
L-トライロール
細菌培養用分画培地：ニッスイ分画プレート

ニットーボーメディカル株式会社

〒102-0073 東京都千代田区九段北4—1—28

設立年月日：	昭和62年8月28日
資本金：	3億円
代表者名：	向井 雅彦
従業員数：	60名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：学術課
	TEL：03—3238—4540　FAX：03—3238—4590

〔展示主要商品〕

Tube21QR

特長：血清分離後の残存フィブリノゲン，フィブリンを簡単迅速に除去します

〔取扱い商品〕

生化学系液状試薬（CRE，BUN，CPK他）
免疫比濁法試薬（免疫グロブリンG，A，M，C3，C4，PreAlb他）
Latex免疫比濁法試薬（CRP，RF，ASO，β_2-m，RBP等）
血液凝固因子測定試薬（AT—III，PLG等）
腫瘍マーカー（CSLEX）
理化学用洗浄剤
尿沈渣管

NIPPN ニップンテクノクラスタ株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1—30—5 千寿ビル4F

設立年月日：	1998年1月5日
資本金：	3,000万円
代表者名：	大桃 惣右ヱ門
従業員数：	28名
E—mail：	info-ntc@nippntechno.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nippntechno.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
アプリケーションラボ：	〒169-0075：新宿区高田馬場1—30—5　千寿ビル5階
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—5287—6761　　FAX：03—5287—6765

〔展示主要商品〕

BioDot社イムノクロマト法テストストリップ用研究開発装置／製造システム

特長：急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究／開発から製造ラインまで，個々のモジュールを組合せることにより，トータルシステムとして供給することのできる世界唯一の専門メーカーです。

〔取扱い商品〕

- BioDot社　イムノクロマト法テストストリップの研究開発／製造システム
- Cartesian社　マイクロアレイ作製システム
- Corbett Research社　リアルタイムDNA増幅検出装置
- Bangs Laboratoroes社　各種Microspheres
- S&S社　各種メンブレンフィルター
- Adhesives Research社　各種粘着テープ
- RANDOX社　自動免疫化学発光システム
- AVISO社　フルカスタマイズ式ラボ・オートメーションシステム

NIPRO ニプロ株式会社

〒531-8510 大阪市北区本庄西3—9—3

設立年月日：	昭和29年7月8日
資本金：	286億6,300万円
代表者名：	佐野　實
従業員数：	1,830名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.nipro.co.jp/
工場所在地：	〒018-5751：大館市二井田字羽貫谷地8—7
	TEL：0186—49—5111
研究所所在地：	〒525-0055：草津市野路町3023
	TEL：077—564—0500
商品問合せ先：	担当部門　：　輸液・検査商品営業部
	TEL：06—6373—3168　　FAX：06—6373—8978

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／コンポライズー450

特長：同時52項目，180テスト／時間の処理能力を持ち検体バーコード，自動再検機能，自動立ち上げ機能といった充実機能を搭載し，ISEもオプション装備できる卓上型高性能自動分析装置。

〔取扱い商品〕

各種ディスポーザブル医療器具。体外診断薬，医薬品。
人工腎臓用装置，ダイアライザー等。

日本ケミファ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2－2－3

設立年月日：	昭和25年6月16日
資本金：	43億457万円
代表者名：	山口 一城
従業員数：	560名
E－mail：	ncdd@chemiphar.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.chemiphar.co.jp/ncdd
工場所在地：	〒308-0112：筑西市藤ヶ谷赤坂799－1
	TEL：0296－37－2211
研究所所在地：	〒341-0005：三郷市彦川戸1－22－1
	TEL：0489－53－8265　FAX：0489－53－8269
商品問合せ先：	担当部門　：　臨床検査薬事業部　学術開発室
	TEL：03－3851－2974　FAX：03－3862－2645

〔展示主要商品〕

アレルギー特異IgE測定装置

特長：多孔性ガラスフィルターを固相とした酵素免疫測定法によるアレルギー検査システムです。MI01では11分，DiaPack2000では16分という特異IgE検査では世界最速の処理能力を誇り，迅速報告・診療前検査を実現いたしました。迅速・簡便・高感度な測定が，アレルギー特異IgE抗体検査の効率化に貢献します。

〔取扱い商品〕

- アレルギー特異IgE測定装置　DiaPack2000
- 全自動酵素免疫測定装置　MI01
- アレルギー特異IgE測定試薬　オリトンIgE「ケミファ」
- 全自動グリコヘモグロビン分析計　HLC-723G7
- ヘモグロビンA_{1c}血糖　測定用搬送システム
- 糖尿病関連診断薬
- その他　医療用具用各種洗剤

NIHON KOHDEN　日本光電工業株式会社

〒161-8560 東京都新宿区西落合1－31－4

設立年月日：	1951年8月7日
資本金：	75億4,400万円（2004年9月30日現在）
代表者名：	荻野 和郎
従業員数：	2,691名（グループ）（2004年9月30日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.nihonkohden.co.jp/
工場所在地：	〒　　：鶴ヶ島市，埼玉県大里郡川本町，富岡市
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　日本光電企画センタ株式会社
	TEL：03－5996－8028　FAX：03－5996－8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK-8222，MEK-7222，MEK-6400

特長：MEK-8222（オートサンプラ内蔵）とMEK-7222（1検体毎測定）は，レーザー散乱法を用いた白血球5分類を含む22項目測定が可能。サンプル血液は55μL。小型，簡単，迅速，低ランニングコストです。MEK-6400は医院や診療所での検査や，大病院の緊急検査用に最適な，簡易で高精度な装置。キャップピアスユニットの標準装備で，感染への安全性が高められました。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位・筋電図検査装置，心電計，検体検査装置，モニタリング機器，人工呼吸器，除細動器，心臓ペースメーカ，運動負荷試験システム，画像診断装置，心カテ室関連機器，救命救急機器，基礎医学研究用機器，各種センサなど

SCHERING 日本シエーリング株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2－6－64

設立年月日：	1952年8月19日
資本金：	100億円
代表者名：	ホセ・E・マルティーノ アルバ
従業員数：	1,471名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.schering.co.jp
工場所在地：	〒
	TEL
研究所所在地：	
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　体外診断薬・医療機器部
	TEL：03－5715－8050　　FAX：03－5715－8083

〔展示主要商品〕

全自動免疫発光測定装置　LIAISON　システム

特長：1時間あたり最大180テストを処理し，95kgと軽量ながら15項目のランダムアクセスを可能とするCLIA法を用いた全自動免疫発光測定装置です。

〔取扱い商品〕

●体外診断用医薬品
- ・RIAキット（腫瘍マーカー，ホルモン，骨代謝，TDM等40製品）
- ・POCTキット（クリアビュープリメラ，クリアビュークラミジア，クリアビューストレップA，クリアビューEASY　HCG，EZカード「PSA」，クリアプラン，クリアビューEASY LH）

●全自動免疫発光測定装置
- ・LIAISONシステム

JEOL 日本電子株式会社

〒196-8558 昭島市武蔵野3－1－2

設立年月日：	昭和24年5月30日
資本金：	44億2,650万円
代表者名：	代表取締役社長兼COO 原田 嘉晏
従業員数：	3,129名
E－mail：	webmaster@jeol.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.jeol.co.jp/
工場所在地：	〒196-8558：昭島市武蔵野3－1－2
	TEL：042－543－1111
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：042-542-2316　　FAX：042-542-2386
商品問合せ先：	担当部門　：　医用機器ソリューション営業本部
	TEL：042－528－3325　　FAX：042－528－3385

〔展示主要商品〕

自動分析装置／BioMajesty JCA-BM1250/1650/2250/6010/9030/9020/8060/8040

特長：①最少反応液量60～80μL　②シングル高速処理1250・1650・2400テスト／時　③検体前希釈機能が検体量僅か2 μLで多項目分析を実現

〔取扱い商品〕

■自動分析装置クリナライザ　BioMajesty JCA-BM1250/1650/2250/6010/9030/9020/8060/8040
■ラックサンプラ200検体・600検体ラック　RA200/600
■検体自動搬送システム　JLA-701T
■臨床検査情報処理システム　JCS-33L
■全自動アミノ酸分析機　JLC-500/V
■電子顕微鏡／表面分析装置／元素・構造分析装置／クロマト装置
素子製造装置／評価・検査装置／高周波応用装置／電子・イオンビーム応用装置・医用診断装置

BIO-RAD 日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5—7—18 コスモパークビル

設立年月日：	1979年10月16日
資本金：	4億円
代表者名：	鈴木 貞史
従業員数：	150名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.bio-rad.com
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 診断薬事業本部
	TEL：03—5811—6290 FAX：03—5811—6282

〔展示主要商品〕

精度管理用コントロール／凍結乾燥及び液状シリーズ，マイクロプレートEIA分析装置

特長：検査室のニーズに対応する充実した幅広い製品ラインナップとUNITY PCを利用した精度管理システム

〔取扱い商品〕

①各種精度管理用コントロール
②精度管理用PCプログラム “UNITY”
③精度管理用プログラム “EQAS”
④腸管出血性大腸菌検査キット “ノバパス ベロ毒素 EIA”
⑤全自動マイクロプレートEIA分析装置 Evolis
⑥自動マイクロプレートEIA／IFA装置PhDシステム
⑦ノバパス680マイクロプレートリーダー
⑧ノバパス1575マイクロプレートウォッシャー
⑨パルスフィールド電気泳動装置
⑩ゲルドックXR

日本ビオメリュー株式会社

BIOMÉRIEUX

〒107-0061 東京都港区北青山2—12—28 青山ビル

設立年月日：	1988年10月4日
資本金：	4億8,000万円
代表者名：	代表取締役社長 ブルーノ・ボンバルド
従業員数：	150名
E—mail：	info-jp@as.biomerieux.com
URL(ホームページ)：	http://www.biomerieux.com/jp
工場所在地：	〒350-0207：坂戸市大字青木宿東894
	TEL：0492—80—4330
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 学術情報サービス
	TEL：03—5411—8799 FAX：03—5411—8777

〔展示主要商品〕

自動細菌分析装置／バイテック2コンパクト

特長：バイテック2コンパクトは，全自動細菌同定感受性検査装置バイテック2シリーズの最新型システムです。高性能のカラリメトリー法の採用により，精度の高い同定結果が得られ，また感受性検査においては，搭載されているアドバンス・エキスパート・システムにより，信頼性の高い感受性検査の解析結果を臨床に報告することができます。

〔取扱い商品〕・生培地各種

・用手法細菌検査キット：アピ／ID32シリーズ（同定），ID32シリーズ（感受性），ラテックス凝集法 スライデックスシリーズ（検出）
・自動細菌分析装置：バイテック／バイテック2／バイテック2コンパクト（同定・感受性），バクテアラート3D（血液培養・抗酸菌培養）
・自動免疫蛍光測定装置：ミニバイダス／バイダス（感染症（HAV，HBV，HIV，TORC，クラミジア他）・各種ホルモン測定，心筋マーカー他）
・情報処理システム：バイオリンク（オンライン・疫学統計）
・自動血液凝固分析装置：MDA II，コアグ-A-メイトMTX，ラックローター/コンパクトXR
・遺伝子検査関連装置：ニュークリセンスminiMAG（磁性シリカ核酸抽出）ニュークリセンスEasyQ（リアルタイム遺伝子増幅・検出）

PALL 日本ポール株式会社　ポール ライフサイエンス カンパニー

〒141-0031 東京都品川区西五反田1－5－1

設立年月日：	1982年7月1日
資本金：	11億2,000万円
代表者名：	川田　典昭
従業員数：	412名
E－mail：	takeshi_saito@pall.com
URL(ホームページ)：	http://www.pall.com
工場所在地：	〒300-0315：茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里46
	TEL：0298－89－0001
研究所所在地：	〒300-0315：茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里46
	TEL：0298－89－1951
商品問合せ先：	担当部門　：　バイオメディカル事業部
	TEL：03－3495－8310　　FAX：03－3495－8366

〔展示主要商品〕

高非対称　血漿分離膜　BTS シリーズ

特長：高非対称のポリスルホンのメンブレンで，200μl 以上全血から70μl 相当の血漿を確保出来ます。多くの種類をそろえているため，あらゆる全血サンプルを対象とした免疫クロマト法電極センサーなど広く臨床検査に応用が可能です。

〔取扱い商品〕

当社は，ポール独自のメンブレン技術により臨床検査キットに適した多孔質膜を各種取り揃えております。血漿分離膜 BTS やプレゼンスはクロマトグラフィーの原理により全血から血漿を効率よく分離することができます。血漿分離膜には全血を水平方向あるいは垂直方向に展開して分離する膜を用意し，お客様の用途に合わせてお使いいただけます。また，免疫クロマトキット用の展開膜プレデターはニトロセルロースの持つ問題点を解決した画期的な製品で，ポリエーテルスルホン表面にニトロ基を修飾した膜です。高い比表面積を有し，抗原，抗体その他タンパクを効率よく固定化でき，0.45～5.0μm の孔径を用意しています。更に，コンジュゲート塗布膜，吸水膜があり金コロイドや着色ラテックスビーズ等の微粒子を安定して流すことができ，プレフィルトレーション用低タンパク吸着材質は検体の組織を維持しながら粒子を除去し，検体を効果的にろ過します。

MILLIPORE 日本ミリポア株式会社

〒108-0073 東京都港区三田1－4－28 三田国際ビルヂング

設立年月日：	平成13年1月30日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	代表取締役社長 合田 豊治
従業員数：	180名
E－mail：	jpmcom@millipore.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www. millipore. com/nihon
工場所在地：	マサチューセッツ(アメリカ)，コーク(アイルランド)
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　バイオサイエンス事業本部
	TEL：0120-633-358，0120-013-148(純水・超純水製造装置)
	FAX：03-5442-9736

〔展示主要商品〕

Hi-Flow Plus メンブレン，純水・超純水製造装置

特長：メンブレンイムノクロマトの検査薬に推奨されているミリポアの Hi-Flow Plus メンブレンは，優れた再現性をもち，高いアッセイの効果が得られます。また，その他のミリポアセパレーション製品群も OEM 用としてご利用頂けます。

高純水製造装置 Elix-UV は，RO-EDI-UV 方式による安定した純水精製を実現。コンパクトかつメンテナンス性に優れ，自動生化学分析装置や自動洗浄器との接続に適しています。

〔取扱い商品〕

イムノクロマトグラフィー用メンブレンフィルター
コンジュゲートパッド
吸収パッド
アッセンブリーキット　等
純水・超純水製造装置

ニューコン株式会社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5—41—12

設立年月日：	1991年12月
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役社長　王 春華
従業員数：	130名
E—mail：	sales@newcon.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.newcon.co.jp
工場所在地：	〒116-0014：荒川区東日暮里5—41—12
	TEL：03—3805—2584
研究所所在地：	
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療開発部
	TEL：03—3805—2590　　FAX：03—3805—2685

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／PC-Win／Net（LABO）

特長：400システムの納入実績と30年間のノウハウを継承したサーバー／クライアント方式の臨床検査システム。Windows2003，XP対応。ユーザーの希望によるあらゆるカスタマイズが可能。

〔取扱い商品〕

1．臨床検査システム　PC-Win/Net（LABO21）
2．人間ドック・健診システム　PC-Win/Net（HEALTH21）
3．輸血管理システム　PC-Win/Net（BLOOD21）
4．輸血安全管理支援システム　PC-Win/Net（SAFETY21）
5．Webドクター支援システム　PC-Win/Net（DOCTOR21）
6．病理・細胞診システム　PC-Win/Net（PATH/CYTO）
7．細菌検査システム　PC-Win/Net（BACT）
8．医用画像情報管理システム　PC-Win/Net（PACS）
9．染色体画像解析システム　カリオビジョン　CA-2000K

Noteware ノートウェア株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町1—30—5　浜松町スクエア1808

設立年月日：	1981年2月
資本金：	4,000万円
代表者名：	赤澤 治行
従業員数：	15名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.noteware.com
営業所在地：	〒700-0902：岡山市錦町1—1
	TEL：086—234—6045　　FAX：425—596—8242
研究所所在地：	米国カリフォルニア州トーランス市
	TEL：310—543—9630　　FAX：310—543—9639
商品問合せ先：	担当部門　：　営業
	TEL：03—5472—8790　　FAX：03—5472—8796

〔展示主要商品〕

高速健診システム／WebLinkシステム／臨床検査システム

特長：臨床検査システム／Clinical Ware3.0は，合理的なクライアント・サーバシステムの構築，検査に特化した専用データベースの採用で，柔軟なオープンシステム，優れた操作性などを特徴とする。最先端の臨床検査システム。ノートウェアがここでこだわりぬいたものは，検査業務の効率化とその信頼性，1981年からのノウハウの蓄積，700システム以上の納入実績が，実力の証明です。

〔取扱い商品〕

高速健診システム，e健診システム，微生物検査システム，臨床検査システム，WebLinkシステム

nova biomedical ノバ・バイオメディカル株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井6－26－2 大森ベルポートB館3F

設立年月日：	昭和63年6月10日
資本金：	1,000万円
代表者名：	中村 司
従業員数：	35名
E－mail：	info@novabiomedical.co.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 東日本営業／管理部
	TEL：03－5471－5461 FAX：03－5471－5474

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／スタットプロファイル CCX

特長：イオン化マグネシウム測定をはじめ最大19項目を測定可能。またBUNを同時測定し浸透圧を演算表示できる。

〔取扱い商品〕

全自動血液ガス分析装置

イオン化マグネシウム／電解質測定装置

バイエル メディカル株式会社

〒100-8263 東京都千代田区丸の内1－6－5 丸の内北ロビル

設立年月日：	1967年2月1日
資本金：	20億円
代表者名：	ルイス デ ルズリアーガ
従業員数：	384名（診断薬事業部，ダイアベティスケア事業部，動物用薬品事業部の合計）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.bayermedical.co.jp
工場所在地：	〒- ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 最寄の支店・営業所又は代表 03－6266－7030
	TEL： FAX：

〔展示主要商品〕

ADVIA シリーズ，クリニテックシリーズ，Rapidlab シリーズ等

特長：検査室，POC，核酸診断，自己測定，環境診断までの幅広いラインナップで検査のニーズにお応えします。常にクオリティの高いデータを得るために確立した「トータルサポートシステム」は，技術サービス，学術サポート，精度管理，コントロールサーベイ，カスタマートレーニングから構成される定評あるサポート体制です。

〔取扱い商品〕■臨床検査試薬・医療機器

尿検査製品（クリニテックステータス，クリニテックアトラスXL，クリニテック500，クリニテック200＋，クリニテック100，クリニテック50，マルティスティックスシリーズ） **糖尿病検査製品**（アセンシアブリーズ，デキスターZII，アントセンスII，DCA2000システム） **血液学検査製品**（ADVIA2120，ADVIA120，ADVIA60，ADVIA70） **血液ガス・電解質分析製品**（バイエル860，バイエル850，バイエル840，Rapidpoint400，Rapidpoint405，バイエル348，バイエル248，Rapidchem744，Rapidchem754） **生化学検査製品**（エクスプレスプラス，オペラ，バイエル644，バイエル654） **免疫自動分析製品**（ACS180，ADVIAケンタウルス） **血液塗沫標本作製・染色装置**（ADVIA S60） **核酸診断キット**（TMAアッセイHCV）

BioTec バイオテック株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2—29—4 古沢ビル

設立年月日：	1979年3月1日
資本金：	3,000万円
代表者名：	長倉 誠
従業員数：	17名
E—mail：	info@biotec.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.biotec.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3816—6931　　FAX：03—3818—4554

〔展示主要商品〕

マルチディスペンサー／細胞用洗浄装置

〔取扱い商品〕

■ELISA用機器
セラウォッシャーMW-96シリーズ
オートミニウォッシャーシリーズ
■分注装置（創薬ゲノム関連）
マルチステージ・ディスペンスステーションADS-384-8
テーブルトップ・ディスペンサーEDR-384S II
シングルライン・ディスペンサーmini-Geneシリーズ
■分注装置（プロテオーム関連）
MALDIターゲット・スポッティング・システムZip Master
■マイクロアッセイシステム機器
連続自動分注・希釈装置EDR-96X
凝集像自動読取装置APAS-2000

日立ハイテク　株式会社 日立ハイテクノロジーズ

〒105-8717 東京都港区西新橋1—24—14

設立年月日：	昭和22年4月12日
資本金：	79億円
代表者名：	執行役社長　林　將章
従業員数：	3,137名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.hitachi-hitec.com/science/
工場所在地：	〒312-8504：ひたちなか市市毛882
	TEL：029—273—2111
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　ライフサイエンス営業統括本部　販売促進部
	TEL：03—3504—7211　　FAX：03—3504—7756

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置

特長：医療の現場において，診療や検査における品質管理の向上が求められている中，従来別個の業務であった機器システムと専用試薬の導入・運用管理を一体化。IT技術を駆使して試薬選定～分析条件設定～精度管理～保守管理（メンテナンス・予防保全）に至る一連の業務の効率性・信頼性を向上させ，臨床検査の質の向上に貢献する血液自動分析システムです。また，ISO15189（臨床検査室—質と適合能力に対する特定要求事項）などの規格や規制適用に対しても，分析条件，精度管理などの明確化により貢献します。

〔取扱い商品〕

株式会社日立ハイテクノロジーズは，新しい時代に適合したユニークなハイテク企業であり，最先端技術を駆使する設計・製造機能と最先端ソリューションを提供する商社機能の融合により半導体製造装置やバイオ関連製品などのナノテクノロジー分野において，開発から製造，販売，サービスまでの一貫体制を構築いたしました。また，生化学自動分析装置をはじめとする多種多用な臨床用医用機器，DNAシーケンサ，さらに限りない可能性を秘めるバイオ分野にも，信頼性の高い技術サービスをお届けしています。

フィンガルリンク株式会社

〒130-0005 東京都墨田区東駒形2－13－13

設立年月日：	1990年
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役　名郷根 正昭
従業員数：	38名
E－mail：	info@finggal-link.com
URL(ホームページ)：	http://www.finggal-link.com
研究所所在地：	〒111-0041：台東区元浅草2－6－6 東京日産台東ビル904
(東京情報開発センター)	TEL：03－5806－9883　FAX：03－3841－2956
研究所所在地：	〒020-0033：盛岡市盛岡駅前北通5－6 MDIビル
(盛岡情報開発センター)	TEL：019－626－6543　FAX：019－626－6545
商品問合せ先：	担当部門：企画管理部（本社）
	TEL：03－3625－6543　FAX：03－3625－6545

〔展示主要商品〕

止血血栓トータルマネジメントシステム／ROTEM
赤血球沈降速度自動測定装置／Roller20，TEST1TH
全自動キャピラリー電気泳動装置（ベックマンコールター㈱）／Paragon CZE 2000
電気泳動キット（ベックマンコールター㈱）／Paragon
厚生労働省院内感染症サーベイランス事業運営／中小規模病院・感染監視システム

〔取扱い商品〕

■医療情報システム
臨床検査＆検診システム（L-sys）／厚生労働省院内感染症サーベイランス事業運営／健康管理システム（健康レポート）／電子カルテシステム

■臨床検査機器
止血血栓トータルマネジメントシステム（ROTEM）／赤血球沈降速度自動測定装置（Roller20，TEST1TH）

■病理システム
病理検査業務支援システム／デジタル顕微鏡カメラ＆ファイリングシステム／テレパソロジーシステム；リアルタイム動画遠隔顕微鏡観察システム（ワープスコープ）

■電気泳動
全自動キャピラリー電気泳動装置（Paragon CZE 2000；ベックマンコールター㈱）／電気泳動キット（Paragon；ベックマンコールター㈱）

■リハビリ関連機器類

フクダ電子株式会社®

〒113-8483 東京都文京区本郷3－39－4

設立年月日：	昭和23年7月6日
資本金：	43億8,700万円
代表者名：	福田 孝太郎
従業員数：	2,412名
E－mail：	info@fukuda.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.fukuda.co.jp
工場所在地：	〒270-1495：白井市中305－1
	TEL：047－492－2011
研究所所在地：	〒113-8420：文京区本郷2－35－8
	TEL：03－3814－1211
商品問合せ先：	担当部門：お客様窓口
	TEL：03－5802－6600　FAX：

〔展示主要商品〕

自動血球計数CRP測定装置／FL-278CRP，免疫発光測定装置／パスファースト

特長：FL-278CRP：全血18μLで血算と免疫（CBC＋CRP）の同時測定可能・検体の前処理不要・測定時間は約270秒
パスファースト：「BNP」全血測定・17分以内スピード測定が可能。試薬カートリッジ方式採用であらゆる場所でのBNP検査が可能です。

〔取扱い商品〕

Ⅰ．生体検査装置：心電計／心電図自動解析装置／ホルター心電計／ストレステストシステム／心臓カテーテル検査装置／超音波診断装置／血球計数装置／眼底カメラ／呼吸機能検査装置／睡眠ポリグラフィ／血圧脈波検査装置
Ⅱ．医用モニター：ベッドサイドモニタ／医用テレメータ／生体情報モニター
Ⅲ．治療装置：デフィブリレータ／ペースメーカ／人工呼吸器／酸素濃縮器／大動脈内バルーンポンプ・カテーテル／心臓カテーテル／PTCAカテーテル
Ⅳ．その他：安全点検システム／記録紙／ディスポーザブル電極／上記各装置の付属品および消耗品

富士工業株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島4－1－14

設立年月日：	昭和5年5月1日
資本金：	1,000万円
代表者名：	壺井 剛之介
従業員数：	6名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：03－3814－3621　　FAX：03－3814－3625

〔展示主要商品〕

浸透圧計／アドバンス浸透圧計3250

特長：3250－ワイドレンジ0～4,000mOsm/kgH_2O。スタンバイ5分。自動キャリブレーション及び自己診断によるトラブル検出機能あり。メッセージボードがすべてを表示。24時間いつでもスタット測定可能。

〔取扱い商品〕

米国アドバンス社……アドバンス浸透圧計　3900　3250　3300
　　ミルク・クライオスコープ
米国マノスタット社…クレット光電光度計
米国ケンブリッジ社…尿沈渣用URI染色液，染色液等を除去するスティンリムーバー
ドイツ　ホフマン社…電気バーナー
米国ドラモンド社……CMピペット
他にストップウォッチホルダー等を販売

富士フイルム メディカル株式会社

MEDICAL

〒104-0061 東京都中央区銀座7－13－8

設立年月日：	昭和42年
資本金：	12億円
代表者名：	今井　祐
従業員数：	990名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.fujifilm.co.jp/fms/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部　販売部　ドライケムグループ
	TEL：03－5665－1122　　FAX：03－5665－1250

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／富士ドライケム　7000

特長：いかにしたら迅速な検査結果が得られるかを追求してきたドライケムシリーズの新製品として発売。即時に検査結果を得られることは，検査結果を聞く為にだけ再来院してもらう必要も無くなり，結果を聞くまでの数日間の不安も解消してあげることに結びつきます。

〔取扱い商品〕

●測定装置

富士ドライケム	300G	：血糖専用測定機
富士ドライケム	MiniNet	：富士ドライケム検査データー処理支援システム
富士ドライケム	3500シリーズ	：比色／電解質多項目測定機
富士ドライケム	800	：電解質専用測定機
富士ドライケム	100タイプN	：アンモニア専用測定機
富士ドライケム	7000シリーズ	：比色／電解質多項目測定機

●測定試薬　富士ドライケムスライド（全血用，血漿・血清用）30項目
●標準液　富士ドライケムコントロール液　QP-L，H，QN，QE

富士レビオ株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2—62—5 FRビル

設立年月日：	1950年12月18日
資本金：	47億9,400万円
代表者名：	鈴木 博正
従業員数：	552名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.fujirebio.co.jp/
工場所在地：	〒192-0031：八王子市小宮町51
	TEL：0426—45—0052
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：0426—45—0071　FAX：0426—46—8325
商品問合せ先：	担当部門　：　学術サービス部
	TEL：03—5695—9210　FAX：03—5695—9234

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定システム／ルミパルス*f*（フォルテ）

特長：バーコードオーダー入力対応，検体搬送ライン接続可能，自動希釈再検機能により効率化，省力化を追求。日本語入力，タッチパネルで簡単操作を実現。化学発光酵素免疫測定による高感度アッセイ。

〔取扱い商品〕

〈試薬〉血清検査（PA・HA法）：TP，アンティHBs，HTLV-I，HIV-1/2，ASK，ATG，AMC，MYCO II　他

（ラテックス凝集法）：HbA1c

（CLEIA法）：CA19-9，CA125，CA15-3，AFP，CEA，PSA，シフラ，TSH，IgE，β_2M，α_1M，フェリチン，HTLV-I，HIV-1/2，HCV，HBsAg，HBsAb，HBcIgM，HBcAb，TP，FT3，FT4，インシュリン，LH，プロラクチン，FSH，E_2，HBeAg，HBeAb，HCVcoreAb，TgAb，TPOAb，HCV抗原他

（FPIA法）：FDP，D-Dダイマー，AT III，HBsAb，CRP，TP，CK-MB

血液凝固線溶検査：D-Dダイマー

〈機器〉ルミパルス*f*，エバネットEV20，マグストリームAS

扶桑薬品工業株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町1—7—10

設立年月日：	昭和12年3月25日
資本金：	107億5,820万円
代表者名：	戸田 幹雄
従業員数：	1,377名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.fuso-pharm.co.jp/
工場所在地：	〒536-8523：大阪市城東区森之宮2—3—11
	TEL：06—6969—1131
研究所所在地：	〒536-8523：大阪市城東区森之宮2—3—30
	TEL：06—6969—3131　FAX：06—6964—2706
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部 営業四課
	TEL：06—6969—1131　FAX：06—6969—2341

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／アイ・スタットシリーズ

特長：患者のベッドサイドで，血液ガス及び電解質などを，ごく微量の検体で，迅速，簡便，かつ正確に測定。ポイント・オブ・ケア検査に好適。

〔取扱い商品〕

■ポータブル血液分析器「アイ・スタット」

アナライザー200
アナライザー300F-S
アナライザー300F-N
電子シミュレーター
カートリッジ（10種類）
その他

■白血球中細菌核酸同定検査

末梢血における白血球中の細菌検出キット「ハイブリゼップ」

ベックマン・コールター株式会社

BECKMAN COULTER

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3－5－1　虎ノ門37森ビル

設立年月日：	1977年7月1日
資本金：	12億3,000万円
代表者名：	久野　正人
従業員数：	300名
E－mail：	bckkcas@beckmancoulter.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.beckmancoulter.co.jp
工場所在地：	〒243-0021：厚木市岡田3－8－23
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　業務推進グループ
	TEL：03－5404－8424　　FAX：03－3578－4605

〔展示主要商品〕

全自動血液分析装置／LH700シリーズ，LH500
臨床化学自動分析装置／UniCel® DxC600 PRO
全自動免疫化学分析装置／UniCel® DxI800
全自動細胞解析装置／Cytomics FC500

特長：UniCel® DxC シリーズマルチアナライザー：臨床上，緊急性の高い11項目を緊急項目測定モジュールで測定し，1秒でも早く結果を知りたいという臨床ニーズに迅速に対応します。世界最速のわずか42秒で測定。

〔取扱い商品〕

臨床化学自動分析装置：SYNCHRON LX® i725
生化学自動分析装置：SYNCHRON CX® シリーズ，LX® シリーズ，UniCel® DxC シリーズ
血液分析装置：LH700シリーズ，LH500，HmX™，A^c・T™シリーズ
細胞分析／分取装置：Cytomics FC500，EPICS® XL-MCL System2
免疫化学分析装置：Access®，Access® 2，IMMAGE®，IMMAGE® 800 UniCel® DxI800
電気泳動システム：Paragon CZE® 2000
全自動電解質測定装置：SYNCHRON EL-ISE®
ISO15189／CAP 導入ナビゲーションソフトウエア：Be-gle　　**各種試薬**

株式会社ベリタス

VERITAS

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2－7－14　八洲ビル

設立年月日：	昭和47年10月9日
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役社長　飯田 真作
従業員数：	
E－mail：	veritas@veritastk.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.veritastk.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業販売部／技術営業部
	TEL：03－3593－3211　　FAX：03－3593－3216

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

診断薬バルク原材料

1．各種ヒト血清＆ヒト血漿
- 健常人新鮮ヒト血清
- RF 高濃度ヒト血清
- HDL コレステロール高濃度ヒト血清

2．各種動物血清
- マウス血清
- ウサギ血清
- ヤギ血清

3．各種動物臓器

株式会社ヘレナ研究所

〒330-0061 さいたま市浦和区常盤9—21—19

設立年月日：	昭和51年2月28日
資本金：	3,000万円
代表者名：	中里 時亜
従業員数：	40名
E—mail：	sales@helena.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.helena.co.jp
工場所在地：	〒330-0061：さいたま市浦和区常盤9—21—19
	TEL：048—833—3208
研究所所在地：	〒330-0061：さいたま市浦和区常盤9—21—19
	TEL：048—833—3208
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：048—833—3208　　FAX：048—833—3273

〔展示主要商品〕

エパライザ2（全自動電気泳動分析装置），クイックスキャン（デンシトメーター），SPIFE3000（IFE専用自動電気泳動装置）

特長（エパライザ2）：一台で，蛋白分画，アイソザイム分画及び脂質分画まで完全自動化!!

〔取扱い商品〕

高速自動電気泳動装置（REP）	：	泳動項目 ┬ 蛋白分画・脂質分画・他 └ LD・ALP・CK
全自動電気泳動分析装置（エパライザ2）	：	泳動項目 ┬ 蛋白分画・脂質分画・他 └ LD・ALP・CK
デンシトメータ	：	クイックスキャン
支持体	：	アガロース膜 （クイックジェル） （タイタンジェル）

HORIBA 株式会社 堀場製作所

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日：	1953（昭和28）年1月26日
資本金：	71億6,000万円
代表者名：	堀場　厚
従業員数：	1,049名
E—mail：	me_info@horiba.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.horiba.co.jp
工場所在地：	〒601-8510：京都市南区吉祥院宮の東町2
	TEL：075—313—8121
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：同上　　FAX：075—321—5834
商品問合せ先：	担当部門　：　医用システム営業部
	TEL：075—313—5736　　FAX：075—321—0752

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／PENTRAシリーズ

特長：微量の全血検体で，血球計数，白血球分類，網赤血球測定，塗抹染色標本の作製を自動的に行う自動血球計数装置のシリーズです。検査室のバックアップ用や緊急検査用に最適な小型装置から，塗抹染色標本の作製までを行う装置まで取り揃えています。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置　LC-141，LC-140，LC-550，LC-5000，LC-5501J，LC-550，FL-250CBC
動物用自動血球計数装置　LC-152
自動血球計数CRP測定装置　LC-178CRP，FL-278CRP
pHメーター　Fシリーズ，Dシリーズ
自動塗抹染色標本作製装置　LX-9131
自動テオフィリン測定装置　LT-110
自動CRP測定装置　LT-128
小型電極式血糖測定機器　アントセンスIII

マトリックス アジア パシフィック株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3－1－2

設立年月日：	昭和62年12月10日
資本金：	1,000万円
代表者名：	前田　義雄
従業員数：	18名
E－mail：	info@cosmo-t.com
URL(ホームページ)：	http://www.cosmo-t.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：　　TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03－5687－5787　　FAX：03－5687－5980

〔展示主要商品〕

Single Station 107 1ch 自動分注装置

特長：検査・研究に伴う煩雑な分注・攪拌作業の効率化をはかるチップ自動交換方式の1ch 自動分注装置です。ワークエリア内であれば，様々な容器が搭載（使用）が可能です。分注ヘッドを0.1～30μL と5～300μL の2種類に分けた事により，微量・大容量でそれぞれ高精度分注を実現しました。MALDI TOF-MS 前処理スポッター・細胞アレイ・PCR 前処理などにもご使用になれます。液面センサー使用により，常に一定の位置からのサンプリングが可能です。

〔取扱い商品〕

■1536/384/96ウェル同時分注・希釈自動化装置――――H T Station 500II
■1536/384/96ウェル同時自動分注装置――――H T Station 1200
■チップ自動交換方式1536/384/96ウェル同時自動分注装置――H T Station 500
■1536/384/96ウェル対応ピペッティング方式分注・希釈・攪拌装置－BISTEQUE 205
■ピペッティング方式分注・希釈・攪拌装置――――BISTEQUE 203II
■1536/384ウェル連続分注装置――――H T Station 102
■1ch 自動分注装置――――Single Station 107
■384/96ウェル対応プレートウォッシャー――――CELTEQUE 802
■マニュアル・オートクレーバブルピペッター――Cell Mate-II
■ポリプロピレン保管用チューブ――――Screen Mates

株式会社 ミズホメディー

MIZUHO MEDY Co., Ltd.

〒841-0048 鳥栖市藤木町5－4

設立年月日：	1977年11月2日
資本金：	3億2,975万円
代表者名：	代表取締役社長　唐川　文成
従業員数：	137名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.mizuho-m.co.jp
工場所在地：	〒841-0048：鳥栖市藤木町5－4
	TEL：0942－85－0300
研究所所在地：	〒841-0048：鳥栖市藤木町5－4
	TEL：0942－85－0303　　FAX：0942－85－0312
商品問合せ先：	担当部門　：　営業企画部業務課
	TEL：0942－84－5494　　FAX：0942－84－5490

〔展示主要商品〕

インフルエンザウイルス抗原キット／クイックチェイサー FLU　A, B

特長：①検体の前処理が簡単になりました。②1ステップで操作が簡単です。③15分で測定が可能です。④試薬調製の必要がありません。⑤目視（ライン出現）で判定が容易にできます。

〔取扱い商品〕

●クイックチェイサーシリーズ

B型肝炎ウイルス表面抗原キット	クイックチェイサー	HBsAg
B型肝炎ウイルス表面抗体キット	クイックチェイサー	HBsAb
トレポネーマ抗体キット	クイックチェイサー	TPAb
ヘモグロビン／トランスフェリンキット	クイックチェイサー	便潜血

●生化学液状試薬シリーズ

LAP, γ-GTP, AMY, CK, ALP, GLU, CRE, UA, BUN, T-CHO, TG, IP等

株式会社三菱化学ヤトロン

〒162-0812 東京都新宿区西五軒町13—1

設立年月日：	平成15年7月1日
資本金：	3億円
代表者名：	代表取締役社長 吉富 敏彦
従業員数：	420名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://mk-iatron.jp
工場所在地：	〒276-0046：八千代市大和田新田1144
	TEL：047—450—2261
研究所所在地：	〒289-2247：千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1460—6
	TEL：0479—76—3666
商品問合せ先：	担当部門　：　コールセンター
	TEL：03—5206—1661　　FAX：03—5206—1762

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学発光システム／イムライズ2000

特長：豊富なラインナップ。CLEIA による高感度アッセイ。24項目ランダムアクセス。独自の洗浄法による B/F 分離（特許）。処理能力200テスト/時。17インチタッチパネル操作。測定プロセスモニタリング。

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　キット・自動分析機用検査試薬
■全自動免疫血清検査システム　LPIA システム
■全自動免疫化学発光システム　DPC 社製　イムライズ2000/1000
■血液凝固測定装置　IL 社製　ACL TOP/Advance/10000/9000/7000
■分析用器具　ドイツ・エッペンドルフ社製　ピペット・遠心分離機・他
■分析用機械　TLC-FID/FPD イアトロスキャン
■その他　研究用試薬・病理検査用各種抗体・細胞凍結保存液・他

株式会社 メディカルジャパン
MEDICAL JAPAN CO.,LTD.

〒435-0057 浜松市中田町447

設立年月日：	昭和60年1月
資本金：	1,000万円
代表者名：	市川 明広
従業員数：	20名
E—mail：	medical-japan@guitar.ocn.ne.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒431-3102：浜松市豊西町904の7
	TEL：053-435-9881　　FAX：053-435-9882
研究所所在地：	〒　　同上
	TEL　同上
商品問合せ先：	担当部門　：　検体搬送システムG
	TEL：053—467—1166　　FAX：053—467—1600

〔展示主要商品〕

検体前処理搬送システム／MS シリーズ

特長：ユニットサイズの変更が可能でフリーレイアウト方式です。ラックも1本・5本・10本　対応が可能で省スペースでリアルタイムからバッチ処理の各ラインが構築できます。

〔取扱い商品〕

検体搬送システム
検体前処理システム（基本ユニット・25ユニット以上あり）
分注システム（子検体ラベラー・有無）
採血管準備システム
バーコードプリンター
子検体容器
子検体ラベル
ディスポチップ
閉栓用ポリキャップ

Medix Biochemica Oy Ab

Asematie 13 FIN-02700 kauniainen Finland

設立年月日：	1985年	
資本金：		
代表者名：	Ismo Råman	
従業員数：	80名	
E－mail：	pekka hilden@medixbiochemica.com	
URL(ホームページ)：	http:/www.medixbiochemica.com	
工場所在地：	〒　：Joensuu, Finland	
	TEL：	
商品問合せ先：	担当部門　：　Mr. Pekka Hilden	日本総代理：錦商事㈱
	TEL：+358—9—547—680	TEL：03—3639—8724
	FAX：+358—9—505—3441	FAX：03—3661—9594

〔展示主要商品〕

モノクローナル抗体各種

〔取扱い商品〕
- モノクローナル抗体各種
- 迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティックテスト各種
- 酵素免疫測定法キット各種

当社は，1978年にMEDIX臨床検査センターで開発したモノクローナル抗体を販売以来，20年近い経験をもつ数少ない会社のひとつで，1986年からは日本にも輸出しております。

当社では，新製品と新技術の開発のために毎年利益の20～30%をR&Dに投資しております。今後，従来のインビトロ・モノクローナル抗体の提供に加えて，更に高い技術をもって日本の顧客の方々を支援したいと考えております。

有限会社 山久化成

〒206-0803 稲城市向陽台4－2－C－1007

設立年月日：	平成6年5月12日	
資本金：	300万円	
代表者名：	山田 倫久	
従業員数：		
E－mail：		
URL(ホームページ)：	http://www.yamahisa-net.co.jp	
工場所在地：	〒　：	
	TEL：	
研究所所在地：	〒　：	
	TEL：	
商品問合せ先：	担当部門　：	
	TEL：042—370—4744	FAX：042—370—4745

〔展示主要商品〕

検体前処理装置　他

特長：検体の前処理を，迅速・正確・効率的に行うための製品を低価格でご紹介致します。

〔取扱い商品〕
1. 自動検体小分け装置　・Sasugerシリーズ
2. HbA_{1c}用希釈装置　・Piatreatシリーズ
3. ナノ分注機
4. 培地・生食分注装置
5. 血液流動性測定装置　・MCFAN
6. 万能型多品種小容器充填ユニット
   多品種少量製造用半自動試薬分注装置（分注—中栓—キャッピング）
7. 尿カップを使わない採尿容器「ピーポール」「ウロキャッチ」
8. 製造用装置の受託開発

UNIFLEX 株式会社ユニフレックス

〒113-0033 東京都文京区本郷3—26—4　ドルミ本郷7F

設立年月日：	1976年8月28日
資本金：	3,000万円
代表者名：	服部　晃
従業員数：	46名
E—mail：	info@uniflex.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.uniflex.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　受注サービス課
	TEL：04—7147—3034　FAX：04—7144—8242

〔展示主要商品〕

プラスチック消耗品／ピペットチップ，サンプルカップ

特長：エルケイブランドのプラスチック消耗品は，高純度素材を使用しているので，クリーンでしかも低価格を実現したプラスチック器材です。2000種を越す製品が用意してあります。

〔取扱い商品〕

エルケイブランドプラスチック消耗品

RADIOMETER COPENHAGEN ラジオメーター株式会社

〒105-0003 東京都港区新橋3—16—11 愛宕ビル

設立年月日：	平成2年8月30日
資本金：	4億9,000万円
代表者名：	ペーター・シャノー
従業員数：	140名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業企画部
	TEL：03—5777—3540　FAX：03—5777—3541

〔展示主要商品〕

血液ガスシステム／ABL835FLEX，ABL800FLEX

特長：ABL835FLEX，ABL800FLEXは，患者サイドと検査室ラボの両方に適した血液ガスシステムです。比類ない正確さ，簡単な取り扱い，パワフルなデータ管理，最新のソフトウェアによるネットワーク対応などの特長があります。

〔取扱い商品〕

血液ガスシステム	ABL835FLEX，ABL800FLEX，ABL700シリーズ，ABL555シリーズ，ABL77シリーズ，ABL5
経皮血液ガスモニター	TCM4，TCM400
精度管理溶液	クオリチェックプラスシリーズ
動脈血サンプラー	PICOシリーズ，クリニチューブ
緊急検査データ管理システム	RADIANCE

LAB Auto LAB Auto

〒394-0048 岡谷市川岸上3－3－17

設立年月日：	1971年8月
資本金：	4,500万円
代表者名：	池上 久雄
従業員数：	41名
E－mail：	hoshino-yoshio@swacoo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.swacoo.co.jp
工場所在地：	〒394-0048：岡谷市川岸上3－3－17
	TEL：0266－23－9161
研究所所在地：	〒 ：
	TEL： FAX：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業課
	TEL：0266－23－9161 FAX：0266－22－6197

〔展示主要商品〕

分注装置／IOCH 独立分注機＋スタッカー

特長：スタッカー標準装備により，パレット5枚を無人にて分注する事により，ローコスト，ハイスピードを実現した業界初の分注機です。

Roche ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2－6－1

設立年月日：	1998年8月1日
資本金：	25億円
代表者名：	小川 渉
従業員数：	730名（2005年2月現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.roche-dianostics.jp
工場所在地：	〒247-0063：鎌倉市梶原200
	TEL：0467－45－3591(代表)
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	TEL：03－5443－7041(大代表) FAX：03－5443－7113

〔展示主要商品〕

特長：生化学，免疫血清，血液凝固，遺伝子と検査室におけるほぼすべての分野の分析機をラインナップ。皆様方の検査室においての効率性，経済性，信頼性の向上，そして省スペース化に至るまで，あらゆる商品・サービスを「Innovating Health Information」というビジョンの元ご提供させていただきます。

〔取扱い商品〕

モジュールアッセンブリ方式全自動測定装置

「モジュラーアナリティクスD. P. E」

〈生化学自動分析装置〉・COBAS INTEGRA 800/400plus・9000シリーズ日立自動分析装置 〈免疫血清自動分析装置〉・エクルーシス2010 〈PCR自動分析，抽出装置〉・COBAS AMPLICOR ・MP-12 ・コバス TaqMan ・コバス AmpliPrep ・コバス TaqMan48 〈血液凝固自動分析装置〉・STA-R ・STA Compact 〈血糖自己測定システム〉・アキュチェックアビバ ・アキュチェックアクティブ・アキュチェックコンパクトプラス 〈院内用血糖測定器〉・ケアシスト 〈簡易分析装置〉・カーディアックリーダー ・ユリラックスS ・レフロトロン プラス 〈血液ガス分析装置〉・OMNI S ・OMNI C ・OMNILINK 〈研究用PCR自動分析，抽出装置〉・LightCycler DX400 ・MagNA Pure

和光純薬工業株式会社

Wako

〒540-8605 大阪市中央区道修町3－1－2

設立年月日：	大正11年
資本金：	23億3,956万円
代表者名：	池添　太
従業員数：	1,400名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.wako-chem.co.jp/
工場所在地：	〒510-1222：三重県三重郡菰野町大字大強原2613－2
	TEL：0593－93－4881
研究所所在地：	〒661-0963：尼崎市高田町6－1
	TEL：06－6499－1501
商品問合せ先：	担当部門　：　臨床検査薬　カスタマーサポートセンター
	TEL：03－3270－9134　　FAX：03－3241－5752

〔展示主要商品〕

便潜血測定装置／FOBITWAKO，小型便潜血分析装置／QUICK RUN

特長：便潜血測定装置 FOBITWAKO

・ラックの自動認識による簡単操作，追加も随時可能

・処理能力　250テスト／時間

小型便潜血分析装置 QUICK RUN

・小型，簡単操作で定量測定（10検体／バッチ）

・便潜血と尿／髄液タンパクの2項目が測定可能

Whatman ワットマンジャパン株式会社

〒102-0074 東京都千代田区丸段南4－7－15 JPR市ヶ谷ビル6F

設立年月日：	1983年9月19日
資本金：	5,000万円
代表者名：	代表取締役　井口　登士雄
従業員数：	14名(2005年4月現在)
E－mail：	japaninfo@whatman.com
URL(ホームページ)：	http://www.whatman.com
工場所在地：	〒　：Whatman-International Ltd. Maidstone, Kent, England
	TEL：
研究所所在地：	〒　：Whatman International Ltd. Maidstone, Kent, England
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03－5215－1242　　FAX：03－5215－1246

〔展示主要商品〕

フュージョン5

特長：フュージョン5は従来のイムノクロマトキットに必要な5つの機能（血球分離フィルタ・サンプルパッド・コンジュゲートパッド・メンブレン・吸水パッド）が1つになった製品です。イムノクロマトキットの開発・製造の手間・時間・コスト削減にとても有効です。

〔取扱い商品〕

イムノポア(ラテラルフロー用処理済ニトロセルロースメンブレン)
ピュラバインドAおよびG(無処理のニトロセルロースメンブレン)
ラピッドおよびF075(高性能コンジュゲートリリースパッド)
吸水紙(多種のセルロース/ガラスフィルター)
サンプル採取保存紙(血液，唾液，尿，便などの採取・保存用途等)
血球分離用フィルター
アノポア(セラミックフィルター，マイクロアレイやDNAチップ用途等)
サイクロポア(PET・PC製の均一な孔径のフィルター，薬剤徐放用途等)
医療デバイス用フィルター(バクテリア除去・加湿用途等)
FTAカード（血液等からのDNA分離抽出・輸送・保存が室温で可能）

AACC　American Association for Clinical Chemistry

AACC は，臨床化学，Biochemistry，免疫学，病理学，毒物学，分子病理学などを専門とする10,000人の会員を擁する非営利の学術的，国際的な協会で，1948年創立した長い歴史をもっております。

AACC は，検査医学領域の最新の研究情報を収載した「Clinical Chemistry Journal」を毎月会員に提供しており，年１回開催の Annual Meeting では，800題を越す臨床化学分野の研究報告が行われ，併設の世界的規模の展示会にはアメリカ国内および海外から数百の出展社および40,000人を越える見学者を迎えております。

AACC には，次の部門があり，それぞれ専門「News Letter」を発行しております。①動物臨床化学　②栄養学　③免疫学　④分子病理学　⑤電解質　⑥小児科学　⑦電解質・血液ガス　⑧管理科学　⑨臨床検査の歴史　⑩蛋白およびリポ蛋白　⑪TDM および毒物学　⑫Laboratory-情報システム

AACC 入会希望の方は，申込書および年会費 $130.00を下記あてに送付して下さい．

American Association for Clinical Chemistry, Inc.
2101 L St., NW, Suite 202
Washington, DC 20037-1526
Tel : 1-202-857-0717, ext. 739
Fax : 1-202-833-4576
E-mail : cdonnell@aacc. org
Home Page : http: //www. aacc. org

AACC 総会予定

第58回　2006年７月23日～７月27日　シカゴ

展示に関しては下記にお問い合わせ下さい。

Sherago International Inc.
11 Penn Plaza・Suite 1003・New York, NY10001
Tel：+1-(212)643-1750・Fax：+1-(212)643-1758/57

MEDICA 運営事務局・デュッセルドルフ見本市会社

Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf, Germany

設立：1947年
代表者名：Wilhelm Giese（ヴィルヘルム・ギーゼ）
従業員数：480名
本社：ＴＥＬ：+49-211-456001　Fax：+49-211-4560668
問い合わせ先：㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
ＴＥＬ：03―5210―9951　Fax：03―5210―9959
mdj@messe-dus.co.jp

〈展示品〉

MEDICA 国際医療機器専門見本市＋会議のインフォメーション
MEDICA は1969年以来デュッセルドルフで毎年開催される医療機器を専門に扱った見本市で初回以来発展を続け2004年度の開催では世界71カ国から4,300社の企業の出展と78カ国から136,000人の来場者が記録されています。
MEDICA は最初の開催以来医療分野の市場のニーズをそのまま反映し続け，今や世界第一級の専門見本市としての地位を確立させました。

〈展示分野〉以下の分野に属するものが展示品となります。

電子医療機器　医療機器　ラボ技術　診断技術　薬品　EDP
整形外科技術　消耗品　ディスポ製品　サービス
病院用家具　ランドリー機器　病院用厨房設備　配膳システム
清掃機器　消毒機器　情報処理システム　救急医療

Praxis und Hospital
MEDICA

展示会社・住所録

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
アークレイ株式会社	本社	601-8045	京都市南区東九条西明田町57	(075) 672—5311	
アークレイマーケティング株式会社	クリニケーション本部	601-8045	京都市南区東九条西明田町57	(075) 672—6386	(075) 671—8289
	北部ブロック	981-3133	仙台市泉区泉中央1—37—1	(022) 218—4131	(022) 218—4136
	事業所		札幌SSO、盛岡SSO、仙台SSO		
	東部ブロック	104-0033	中央区新川2—9—9　SHビル2F	(03) 5541—3456	(03) 5541—3455
	事業所		さいたまSSO第一・第二、東京SSO、千葉SSO、横浜SSO		
	中部ブロック	465-0095	名古屋市名東区高社1—248　三陽ドーリエビル4F	(052) 777—1601	(052) 777—1603
	事業所		新潟SSO、松本SSO、静岡SSO、名古屋SSO、金沢SSO		
	西部ブロック	601-8046	京都市南区東九条西山町4	(075) 672—5316	(075) 662—8951
	事業所		京都SSO、大阪SSO第一・第二、高松SSO、松山SSO		
	南部ブロック	815-0081	福岡市南区那の川1—4—3　コモハラビル3号室	(092) 526—1407	(092) 526—1409
	事業所		岡山SSO、広島SSO、北九州SSO、福岡SSO、熊本SSO、沖縄SO、鹿児島SSO		
アイエスケー株式会社	本社	113-0034	文京区湯島4—9—12	(03) 3812—0191	(03) 3812—9284
	認可工場	120-0003	足立区東和3—5—4	(03) 3620—1003	(03) 3620—0877
	大阪連絡事務所	574-0062	大東市氷野3—5—12	(072) 872—9484	(072) 872—9484
アイ・エル・ジャパン株式会社	本社	105-0013	港区浜松町2—2—15　浜松町ゼネラルビル	(03) 3437—6350	(03) 3437—6352
アイテック阪神株式会社	本社	553-0001	大阪市福島区海老江1—1—31	(06) 6456—5223	(06) 6456—5252
	鎌倉事業所	247-0056	鎌倉市大船1—26—29　サンビル	(0467) 47—4141	(0467) 46—2685
	東京営業所	136-0076	江東区南砂2—36—7　南砂阪神ビル	(03) 5677—1490	(03) 3615—5066
	神戸営業所	652-0865	神戸市兵庫区小松通5—1—21　片田共同ビル　1F	(078) 682—8571	
株式会社アイディエス	本社	861-8038	熊本市長嶺東8—14—30	(096) 380—4225	(096) 389—2077
	東京営業所	150-0047	渋谷区神山町16—2　ビットキューブ301	(03) 5738—9314	(03) 5738—9316
	名古屋事務所	450-0001	名古屋市中村区那古野1—38—1　星光桜通ビル6F	(052) 586—0352	(052) 586—0354
	大阪事務所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1—18—31　新星和新大阪ビル709	(06) 6370—1850	(06) 6370—1851
	広島事務所	733-0003	広島市西区三篠町3—5—1　フローラルミササ101	(082) 230—1444	(082) 230—1445
アジア器材株式会社	本社	194-0022	町田市森野2—27—12	(042) 723—4670	(042) 728—0163
アゼアス株式会社	本社	111-8623	台東区蔵前4—13—7	(03) 3861—3537	(03) 3861—2485
アボット ジャパン株式会社	本社	106-8535	港区六本木1—9—9　六本木ファーストビル	(03) 3589—9441	(03) 3589—9591
	札幌事業所	060-0003	札幌市中央区北3条西1—1—1　札幌パナソニックビル6F	(011) 219—1891	(011) 219—1870
	仙台事業所	980-0014	仙台市宮城野区榴岡4—2—3　仙台MTビル12F	(022) 792—6971	(022) 792—6998

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	東京事業所	151-8563	渋谷区千駄ヶ谷5—25—5	(03) 5367—3925	(03) 5367—3926
	名古屋事業所	460-0093	名古屋市名東区一社4—97	(052) 702—3508	(052) 702—3509
	大阪事業所	541-0051	大阪市中央区備後町1—1—6　3F	(06) 6228—8630	(06) 6203—5805
	広島事業所	732-0052	広島市東区光町2—7—8　4F	(082) 568—1925	(082) 261—0691
	福岡事業所	812-0039	福岡市博多区冷泉町5—32　オーシャン博多ビル4F	(092) 291—6651	(092) 291—4693
アルフレッサファーマ株式会社	本　　社	540-8575	大阪市中央区石町2—2—9	(06) 6941—0308	(06) 6941—4861
	札幌支店	060-0007	札幌市中央区北7条西13—9—1	(011) 281—3000	(011) 281—3250
	仙台支店	984-0046	仙台市若林区二軒茶屋1—6	(022) 295—0631	(022) 295—0635
	東京支店	103-0023	中央区日本橋本町3—6—2	(03) 5695—4144	(03) 5695—4190
	名古屋支店	462-0844	名古屋市北区清水4—14—18	(052) 919—1060	(052) 919—1061
	大阪支店	540-8575	大阪市中央区石町2—2—9	(06) 6909—7645	(06) 6909—4960
	高松支店	761-0101	高松市春日町1706	(0878) 41—3088	(0878) 43—8148
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町11—4	(082) 221—2954	(082) 221—2969
	福岡支店	810-0004	福岡市中央区渡辺通3—10—5	(092) 751—5054	(092) 771—3678
アロカ株式会社	本　　社	181-8622	三鷹市牟礼6—22—1	(0422) 45—5111	(0422) 45—7751
	東京支店	113-0034	文京区湯島1—12—4　小宮ビル	(03) 5812—3791	(03) 5812—3793
	埼玉支店	330-0856	さいたま市大宮区三橋4—551—1	(048) 623—2501	(048) 620—1236
	札幌支店	065-0033	札幌市東区北33条東10—5—15	(011) 722—2205	(011) 722—2208
	仙台支店	980-0803	仙台市青葉区国分町3—9—8　田山ビル	(022) 262—7181	(022) 261—5310
	水戸支店	310-0905	水戸市石川2—4249—5	(029) 255—1811	(029) 255—1812
	名古屋支店	468-0051	名古屋市天白区植田3—803	(052) 805—2660	(052) 805—2283
	大阪支店	564-0051	吹田市豊津町41—35	(06) 4861—4888	(06) 4861—4860
	広島支店	733-0035	広島市西区南観音5—9—7	(082) 292—0019	(082) 292—6329
	高松支店	760-0079	高松市松縄町字宮西291	(087) 866—6012	(087) 866—6021
	福岡支店	812-0054	福岡市東区馬出4—3—10	(092) 633—3131	(092) 633—3621
	熊本支店	860-0833	熊本市平成2—4—12	(096) 370—5688	(096) 370—5587
株式会社医学生物学研究所	本　　社	460-0002	名古屋市中区丸の内3—5—10　住友商事丸の内ビル5F	(052) 971—2081	(052) 971—2337
	札幌営業所	060-0807	札幌市北区北七条西7—1—30　RICH 7・7 BLDG 2F	(011) 717—6547	(011) 717—6546
	東北営業所	960-1242	福島市松川町美郷4—1—1　㈱ゲノムサイエンス研究所内	(024) 537—2480	(024) 537—2481
	首都圏統轄営業所	173-0004	板橋区板橋2—9—3　日本鋼管工事埼京ビル4F	(03) 5248—2861	(03) 5248—2930

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3－5－10　住友商事丸の内ビル5F	(052) 972－0470	(052) 971－2065
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島3－3－4　SPビル7F	(06) 6305－2039	(06) 6305－6255
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東3－1－4　タカ福岡ビル5F	(092) 481－0530	(092) 481－0537
	伊那研究所	396-0002	伊那市大字手良沢岡字大原1063－103	(0265) 76－1777	(0265) 76－0584
株式会社石川コンピュータ・センター	本社	920-0398	金沢市無量寺町ハ6－1	(076) 268－8311	(076) 268－5442
	医療システム本部	921-8844	石川郡野々市町堀内4－89	(076) 268－8315	(076) 268－7145
	東京支店	105-0014	港区芝2－31－25　NEC別館	(03) 5441－2560	(03) 5441－2561
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦1－3－2　中央伏見ビル5F	(052) 201－7751	(052) 201－7876
株式会社エイアンドティー	本社	220-0005	横浜市西区南幸2－20－5　東伸24ビル	(045) 317－1252	(045) 317－1280
	札幌オフィス	003-0022	札幌市白石区南郷通13－南3－1	(011) 864－1165	(011) 864－1162
	仙台オフィス	980-0802	仙台市青葉区二日町3－10	(022) 712－3021	(022) 712－3023
	横浜本社オフィス	220-0005	横浜市西区南幸2－20－5　東伸24ビル	(045) 317－1253	(045) 317－1280
	名古屋オフィス	460-0008	名古屋市中区栄4－14－31	(052) 249－9335	(052) 262－4070
	大阪オフィス	560-0082	豊中市新千里東町1－4－2　千里ライフセンタービル17F	(06) 4863－7737	(06) 4863－7750
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東1－16－19　博多昭和ビル	(092) 414－4333	(092) 414－4355
㈱AIバイオチップス	本社	170-0003	豊島区駒込3－3－20　駒込トリオビル7・8F	(03) 5907－5915	(03) 3918－4929
栄研化学株式会社	本社	113-8408	文京区本郷1－33－8	(03) 3813－5401	(03) 3818－1207
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西14－3－23　札幌泉ビル	(011) 281－5401	(011) 281－5404
	仙台営業所	980-0011	仙台市青葉区上杉2－3－7　K2小田急ビル7F	(022) 712－2882	(022) 712－2881
	東京第1/2営業所	114-0002	北区王子5－26－20	(03) 3913－6497	(03) 3919－8953
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3－8－8　小島ビル	(052) 951－3022	(052) 971－1146
	京都営業所	604-0857	京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町280　カーニープレイス京都烏丸ビル	(075) 212－7277	(075) 212－7288
	大阪営業所	541-0052	大阪市中央区安土町3－3－9　田村駒ビル3F	(06) 6264－5312	(06) 6264－5322
	広島営業所	733-0812	広島市西区己斐本町2－12－30　SKビル	(082) 271－5319	(082) 272－1272
	高松営業所	760-0056	高松市中新町12－1　徳寿ビル	(087) 837－7787	(087) 837－2393
	福岡営業所	810-0001	福岡市中央区天神4－2－36　天神栄泉ビル	(092) 751－2227	(092) 711－7085
エッペンドルフ株式会社	本社	101-0031	千代田区東神田2－4－5	(03) 5825－2361	(03) 5825－2365
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島2－6－7	(06) 6990－4821	(06) 6990－4824
株式会社エフケム	本社	152-0003	目黒区碑文谷4－22－13　ホクトビル3F	(03) 5768－0351	(03) 5768－0352
エプソン販売株式会社	本社	160-8324	新宿区西新宿6－24－1　西新宿三井ビル24F	(0570) 00－3039	

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
エム・シー・メディカル株式会社	本社/東京支店	160-8355	新宿区西新宿7—5—25　西新宿木村屋ビル11F	(03) 5330—7863	(03) 5330—0499
	大阪支店	542-0081	大阪市中央区南船場2—1—10　船場モンブランビル	(06) 271—7855	(06) 271—1012
	九州支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東3—13—21　エフビル2F	(092) 476—0833	(092) 476—0832
大塚製薬株式会社	本社	101-8535	千代田区神田司町2—9	(03) 3292—0021	
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社	本社, 東京オフィス	101-0065	千代田区西神田3—5—2	(03) 4411—7300	(03) 4411—7711
	北海道オフィス	060—0042	札幌市中央区大通西12—4	(0120) 03—6527	
	東北オフィス	980-0021	仙台市青葉区中央4—10—3	〃	
	大宮オフィス	330-0844	さいたま市大宮区下町2—43—1	〃	
	船橋オフィス	273-0005	船橋市本町1—18—10	〃	
	横浜オフィス	222-0033	横浜市港北区新横浜3—20—12	〃	
	名古屋オフィス	460-0002	名古屋市中区丸の内1—4—12	〃	
	大阪オフィス	532-0003	大阪市淀川区宮原3—5—36	〃	
	広島オフィス	732-0824	広島市南区的場町1—2—18	〃	
	岡山オフィス	700-0976	岡山市辰巳22—103	〃	
	松山オフィス	790-0003	松山市三番町4—11—6	〃	
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅前東2—14—1	〃	
株式会社オービーシステム	東京本社	140-0004	品川区南品川2—2—13　南品川JNビル	(03) 3471—9878	(03) 3471—9860
	大阪本社	559-0031	大阪市住之江区南港東8—2—19	(06) 6612—8878	(06) 6612—8854
	九州オフィス	812-0054	福岡市東区馬出1—13—8	(092) 643—2338	(092) 643—7288
オリンパス株式会社	東京営業グループ	163-0914	新宿区西新宿2—3—1　新宿モノリス	(03) 3340—2227	(03) 6901—4916
	札幌	060-0034	札幌市中央区北4条東1—2—3　札幌フコク生命ビル	(011) 222—2554	(011) 222—2587
	仙台	981-0911	仙台市青葉区台原2—10—32　KSビル2F	(022) 274—3121	(022) 218—9179
	大宮	330-0038	さいたま市北区宮原町2—16—14　新正ビル	(048) 665—5396	(048) 665—5332
	名古屋	460-0003	名古屋市中区錦2—19—21　ユース平八堂ビル	(052) 201—4868	(052) 201—8581
	金沢	920-0024	金沢市西念1—1—3　コンフィデンス金沢8F	(076) 222—3434	(076) 262—2318
	大阪	542-0081	大阪市中央区南船場2—12—26　オリンパス大阪センター	(06) 6252—6697	(06) 6251—0094
	福岡	810-0029	福岡市博多区古門戸町2—4　KSコモンドビル	(092) 262—1235	(092) 281—8708
株式会社カイノス	本社	113-0033	文京区本郷2—38—18	(03) 3816—4485	(03) 3816—6517
	札幌営業所	060-0809	札幌市北区北9条西3—10	(011) 737—5290	(011) 737—5292
	仙台営業所	982-0012	仙台市太白区長町南3—3—43	(022) 249—5527	(022) 249—7544

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	東京営業所	113-0033	文京区本郷2—38—18	(03) 3816—4481	(03) 3816—4110
	名古屋営業所	464-0802	名古屋市千種区星ヶ丘元町14—70	(052) 783—1364	(052) 783—1365
	大阪営業所	533-0031	大阪市東淀川区西淡路1—1—32	(06) 6370—1131	(06) 6370—7710
	広島営業所	739-0263	東広島市志和流通1—85	(082) 224—1480	(082) 224—1481
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東1—14—34	(092) 441—6996	(092) 441—6997
協和メデックス株式会社	本社	104-6004	中央区晴海1—8—10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX 4F	(03) 6219—7600	(03) 6219—7614
	東京支店	104-6004	中央区晴海1—8—10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX 4F	(03) 6219—7611	(03) 6219—7615
	大阪支店	530-8280	大阪市北区梅田1—8—17 大阪第一生命ビル7F	(06) 6346—4821	(06) 6346—4826
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西7—1 千代田生命札幌大通ビル	(011) 261—5455	(011) 261—5457
	仙台営業所	980-0822	仙台市青葉区立町27—21 仙台橋本ビルヂング	(022) 213—3821	(022) 213—3829
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3—21—25 清風ビル	(052) 962—7370	(052) 953—6010
	広島営業所	732-0827	広島市南区稲荷町2—16 広島稲荷町第一生命ビル	(082) 261—9880	(082) 261—9882
	九州営業所	812-8663	福岡市博多区博多駅前2—2—1 福岡センタービル	(092) 474—5222	(092) 452—3369
	横浜出張所	220-0004	横浜市西区北幸2—8—4 横浜西口KNビル	(045) 324—2591	(045) 324—2597
	四国出張所	790-0001	松山市一番町3—2—11 松山第一生命ビル	(089) 941—8807	(089) 941—8905
極東製薬工業株式会社	本社	103-0024	中央区日本橋小舟町7—8	(03) 5645—5663	(03) 5645—5704
	札幌営業所	064-0809	札幌市中央区南9条西20—2—24	(011) 532—2551	(011) 520—1380
	仙台営業所	984-0002	仙台市若林区卸町東1—2—9	(022) 238—8721	(022) 238—8702
	東京営業所	103-0013	中央区日本橋小舟町7—8	(03) 5645—5701	(03) 5645—5707
	名古屋営業所	465-0087	名古屋市名東区名東本通2—32	(052) 789—0666	(052) 789—0668
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島2—14—6	(06) 304—5446	(06) 304—4992
	広島営業所	732-0807	広島市南区荒神町1—2	(082) 262—5446	(082) 262—5447
	高知営業所	780-0870	高知市本町4—2—52	(0888) 25—3031	(0888) 23—4501
	福岡営業所	813-0034	福岡市東区多の津4—12—11	(092) 621—2345	(092) 621—2341
久保田商事株式会社	本社	113-0033	文京区本郷3—29—9	(03) 3815—1331	(03) 3814—2574
	札幌営業所	001-0032	札幌市北区北32条西2—3—12	(011) 758—3920	(011) 758—3921
	仙台営業所	980-0004	仙台市青葉区宮町4—5—43	(022) 223—4927	(022) 223—4926
	つくば営業所	305-0033	つくば市東新井26—17	(029) 856—3211	(029) 856—5811
	名古屋営業所	464-0850	名古屋市千種区今池1—25—5	(052) 741—1871	(052) 741—1873
	大阪営業所	540-0013	大阪市中央区内久宝寺町4—2—17	(06) 6762—8471	(06) 6762—8473

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	広島営業所	730-0138	広島市安佐南区祇園４—51—26	(082) 871—7811	(082) 871—7828
	四国営業所	799-3203	伊予郡双海町大字上灘甲6466—２	(089) 986—5018	(089) 986—5019
	福岡営業所	812-0061	福岡市東区多の津５—21—10	(092) 621—1161	(092) 621—1162
CLINICA Corporation	Fallbrook		1432 South Mission Road Fallbrook, California 92028	(800) 728—5205	(760) 728—2902
	San Marcos		774 North Twin Oaks Valley Road, Suite C San Marcos, California 92069	(760) 744—1900	(760) 941—9593
	㈱ペリタス	105-0001	港区虎ノ門２—７—14　八洲ビル	(03) 3593—3211	(03) 3593—3216
興和㈱電機光学事業部	本社, 名古屋支店	460-8625	名古屋市中区錦３—６—29	(052) 963—3296	(052) 963—3297
	東京支店	103-8433	中央区日本橋本町３—４—14	(03) 3279—7514	(03) 3279—7541
	大阪支店	541-8511	大阪市中央区淡路町２—３—５	(06) 6204—6182	(06) 6204—6188
	仙台営業所	980-0801	仙台市青葉区木町通１—１—26	(022) 267—1784	(022) 211—6969
	広島営業所	730-0014	広島市中区上幟町８—20	(082) 502—8571	(082) 502—8570
	福岡営業所	812-0025	福岡市博多区店屋町４—15	(092) 271—2663	(092) 282—0392
小林記録紙株式会社	本　　社	448-8656	刈谷市小垣江町北高根115	(0566) 26—5310	(0566) 26—5308
	医療事業部	460-0003	名古屋市中区錦１—17—13	(052) 222—3121	(052) 222—7135
株式会社サトー	本　　社	150-0013	渋谷区恵比寿１—21—３　恵比寿NRビル	(03) 5789—2500	(03) 5420—5500
	営業本部	150-0013	渋谷区恵比寿４—９—10	(03) 5449—3101	(03) 5449—4464
	東京支社	150-0013	〃	(03) 5449—3453	(03) 5449—9246
	大阪支社	564-0051	吹田市豊津町10—26　21センチュリービル	(06) 6369—5070	(06) 6369—5071
	名古屋支社	451-0082	名古屋市西区大金町５—６	(052) 523—8520	(052) 523—8508
	札幌支店	007-0837	札幌市東区北37条東15—１—18	(011) 702—4111	(011) 702—4118
	仙台支店	981-3133	仙台市泉区泉中央１—20—４	(022) 772—5011	(022) 772—5014
	広島支店	731-0103	広島市安佐南区緑井３—18—12	(082) 870—7100	(082) 870—7102
	福岡支店	811-2205	粕屋郡志免町大字別府680—１	(092) 626—1310	(092) 626—1300
	他８支店16営業所				
ジーエルサイエンス株式会社	本社・東京支店	163-1130	新宿区西新宿６—22—１　新宿スクエアタワー30F	(03) 5323—6611	(03) 5323—6622
	大阪支店	530-0043	大阪市北区天満４—１—18	(06) 6357—5060	(06) 6357—4580
	東北営業所	960-8201	福島市岡島字長岬５—３	(024) 533—2244	(024) 536—1518
	筑波営業所	305-0051	つくば市二の宮３—13—２	(029) 858—3700	(029) 858—3780
	千葉営業所	260-0028	千葉市中央区新町17—16	(043) 248—2441	(043) 248—2485
	北関東営業所	331-0812	さいたま市北区宮原町１—38	(048) 667—1611	(048) 667—1656

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜２―12―11	(045) 475―1144	(045) 475―1145
	静岡営業所	422-8063	静岡市駿河区馬淵３―２―25	(054) 288―5252	(054) 288―5455
	名古屋営業所	461-0002	名古屋市東区代官町40―18	(052) 931―1761	(052) 931―1814
	広島営業所	730-0841	広島市中区舟入町２―20	(082) 233―1101	(082) 233―1110
	九州営業所	812-0029	福岡市博多区吉門戸町２―４	(092) 291―5200	(092) 291―2552
塩野義製薬株式会社	本社	541-0045	大阪市中央区道修町３―１―８	(06) 6202―2161	(06) 6222―1702
	東京支店	150-0002	渋谷区渋谷２―17―５　シオノギ渋谷ビル	(03) 3406―8111	(03) 5467―3405
	診断薬部	566-0022	摂津市三島２―５―１　摂津工場508工場４Ｆ	(06) 6381―7343	(06) 6381―4281
重松貿易株式会社	本社	541-0047	大阪市中央区淡路町２―２―５	(06) 6231―6146	(06) 6231―6149
	東京支店	170-0002	豊島区巣鴨１―20―９　巣鴨ファーストビル８Ｆ	(03) 5976―3322	(03) 5976―3320
	つくばライフサイエンスオフィス	305-0035	つくば市松代２―102　SOHOつくば104号	(0298) 60―6066	(0298) 60―6088
シスメックス株式会社	本社	651-0073	神戸市中央区脇浜海岸通１―５―１	(078) 265―0500	(078) 265―0524
	仙台支店	981-3133	仙台市泉区泉中央１―23―４　ノースファンシービル２Ｆ	(022) 375―7751	(022) 375―8603
	北関東支店	330-0843	さいたま市大宮区吉敷町４―261―１　キャピタルビル７Ｆ	(048) 600―3888	(048) 601―2272
	東京支店	113-0033	文京区本郷１―24―１　本郷MFビル５Ｆ	(03) 3814―5046	(03) 3815―0936
	名古屋支店	465-0025	名古屋市名東区上社１―603	(052) 775―8101	(052) 775―5217
	大阪支店	564-0063	吹田市江の木町17―１　江坂全日空ビル５Ｆ	(06) 6337―8300	(06) 6337―8200
	広島支店	730-0036	広島市中区袋町３―17　シシンヨービル５Ｆ	(082) 248―9070	(082) 248―9075
	福岡支店	812-0016	福岡市博多区博多駅南４―９―24	(092) 411―4314	(092) 474―3862
株式会社常光	本社	113-0033	文京区本郷３―19―４	(03) 3815―1717	(03) 3815―1759
	東京支店 東京技術研究所	213-8588	川崎市高津区宇奈根731―１	(044) 811―9211	(044) 811―9209
	札幌支店	060-0807	札幌市北区北７条西２	(011) 736―1311	(011) 716―4701
	名古屋支店	460-0012	名古屋市中区千代田５―８―30	(052) 251―3878	(052) 251―3879
	大阪支店	567-0811	茨木市上泉町９―37	(0726) 24―4411	(0726) 24―4477
	福岡支店	812-0029	福岡市博多区古門戸３―12	(092) 281―5757	(092) 281―5760
	仙台営業所	983-0045	仙台市宮城野区宮城野１―26―21	(022) 292―7170	(022) 292―7305
	新潟営業所	950-0836	新潟市東中野山３―５―15	(025) 277―3811	(025) 277―0522
	静岡営業所	439-0037	小笠郡菊川町西方154	(0537) 36―1126	(0537) 36―2169
	広島営業所	734-0022	広島市南区東雲２―２―14―104	(082) 508―0852	(082) 508―0851
積水化学工業株式会社	東京本社	105-8450	港区虎ノ門２―３―17　虎ノ門２丁目タワー	(03) 5521―0615	(03) 5521―0617

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	東日本メディカル営業所	105-8450	港区虎ノ門２－３－17　虎ノ門２丁目タワー	(03) 5521—0667	(03) 5521—0668
	西日本メディカル営業所	530-8565	大阪市北区西天満２－４－４　堂島関電ビル	(06) 6365—4156	(06) 6365—4353
株式会社セントラル科学貿易	東京本社	111-0052	台東区柳橋１－８－１	(03) 5820—1500	(03) 5820—1515
	札幌出張所	001-0911	札幌市北区新琴似11条13－９－３	(011) 764—3611	(011) 764—3612
	大阪支店	533-0031	大阪市東淀川区西淡路１－１－36	(06) 6325—3171	(06) 6325—5180
	福岡営業所	812-0016	福岡市博多区博多駅南１－２－15	(092) 482—4000	(092) 482—3797
第一化学薬品株式会社	本　　社	103-0027	中央区日本橋３－13－５	(03) 3272—0827	(03) 3281—0510
	北海道営業所	060-0005	札幌市中央区北５条西６－２－２	(011) 272—7288	(011) 822—2489
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町３－５－21	(022) 263—8560	(022) 263—8560
	東日本営業所	103-0027	中央区日本橋３－13－５	(03) 3272—1968	(03) 3272—0768
	首都圏第一営業所	103-0027	中央区日本橋３－13－５	(03) 3272—1968	(03) 3272—0768
	首都圏第二営業所	103-0027	中央区日本橋３－13－５	(03) 3272—1968	(03) 3272—0768
	中部営業所	460-0011	名古屋市中区大須４－１－65	(052) 238—0211	(052) 238—4300
	西日本第一営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原３－３－31	(06) 6350—6581	(06) 6350—6582
	西日本第二営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原３－３－31	(06) 6350—6581	(06) 6350—6582
	中国営業所	732-0052	広島市東区光町１－10－19	(082) 261—7862	(082) 261—7863
	九州営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅前東2－10－１	(092) 451—0511	(092) 474—4136
株式会社第一器業	本　　社	114-0024	北区西ヶ原３－25－１	(03) 3918—5496	(03) 3917—6062
	中央研究所	300-3261	つくば市花畑１－15－19	(029) 864—4311	(029) 877—1262
大扇産業株式会社	本　　社	534-0021	大阪市都島区都島本通１－15－17	(06) 6928—7441	(06) 6928—7445
	東京支店	170-0005	豊島区南大塚３－47－１　オーエスビル６Ｆ	(03) 3985—3466	(03) 3985—3477
	大阪ソリューションセンター	566-0035	摂津市鶴野３－７－14	(0726) 32—3666	(0726) 32—0338
	〈グループ企業〉				
	富山大扇工業㈱	930-0401	中華人民共和国中新川郡上市町広野新269	(0764) 74—0336	(0764) 73—0338
	上海大扇塑料包装有限公司		上海市青浦县华新鎮周浜村		
	大扇(上海)有限公司		中華人民共和国上海市嘉定区方泰鎮泰波路289號	86—21—5950—4364	86—21—5950—4314
Dynal Biotech ASA	Oslo		Ullernschausseen 52, 0379 Oslo, Norway	(47) 228061110	(47) 22519505
	㈱ベリタス	105-0001	港区虎ノ門２－７－14　八洲ビル	(03) 3593—3211	(03) 3593—3216
ダコ・サイトメーション株式会社	本　　社	600-8493	京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル	(075) 211—3655	(075) 211—1755
	東京営業所	112-0004	文京区後楽２－５－１　住友不動産飯田橋ファーストビル	(03) 5802—2580	(03) 5802—2581

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
田中貴金属工業株式会社		103-8206	中央区日本橋茅場町2－6－6	(03) 3668—0111	(03) 3667—7498
	東京本社	100-0005	千代田区丸の内1－8－1　丸の内トラストタワーN館	(03) 522—1300	(03) 5222—1309
	仙台店	980-0014	仙台市青葉区本町2－2－3	(022) 227—2351	(022) 221—4519
	長野店	380-0836	長野市南県町1002－1　フコク生命ビル	(026) 224—0821	(026) 226—7968
	名古屋店	460-0011	名古屋市中区大須4－1－70	(052) 262—2811	(052) 264—4713
	大阪店	530-0003	大阪市北区堂島2－2－2　近鉄堂島ビル	(06) 6341—0120	(06) 6341—1594
	福岡店	812-0011	福岡市博多区博多駅前1－4－1　博多駅前第一生命ビル	(092) 481—2100	(092) 481—3070
	横浜営業所	220-0004	横浜市西区北幸1－11－15　横浜ST ビル	(045) 324—8073	(045) 324—8076
	大宮営業所	330-0843	さいたま市大宮区吉敷町1－41　明治生命大宮吉敷町ビル	(048) 649—0441	(048) 649—1433
	立川営業所	190-0012	立川市曙町2－38－5　立川ビジネスセンタービル	(0425) 28—7786	(0425) 28—7787
茶谷産業株式会社	大阪本社	541-0052	大阪市中央区安土町1－18－15　野村不動産大阪ビル	(06) 6271—5657	(06) 6271—5365
	東京営業所	107-0052	港区赤坂3－2－12　赤坂ノアビル	(03) 5562—4126	(03) 5562—4107
デイドベーリング株式会社	本社	104-0033	中央区新川1－3－17　新川三幸ビル	(03) 3537—3900	(03) 3537—3901
	大阪ショールーム	564-0063	吹田市江坂町1－14－33　大町ビル1F	(06) 6378—2801	(06) 6378—2805
テカンジャパン株式会社	本社	183-0023	府中市宮町1－40	(042) 334—8855	(042) 334—0401
	大阪オフィス	532-0011	大阪市淀川区西中島5－5－15　新大阪セントラルタワー	(06) 6305—8511	(06) 6305—3167
株式会社テクノメディカ	本社	224-0041	横浜市都筑区仲町台5－5－1	(045) 948—1961	(045) 948—1962
	名古屋支店	464-0850	名古屋市千種区今池4－4－9	(052) 741—1516	(052) 741—1517
	大阪支店	564-0062	吹田市垂水町1－28－6－501	(06) 6337—3432	(06) 6337—3482
	福岡支店	812-0015	福岡市博多区山王1－11－35	(092) 483—7333	(092) 483—7334
	札幌営業所	060-0063	札幌市中央区3条西12－325－2－305	(011) 271—3770	(011) 271—3760
	仙台営業所	984-0032	仙台市若林区荒井字堀添65－1	(022) 287—3771	(022) 287—3772
	甲信越営業所	380-0838	長野市県町460－2－102	(026) 238—7715	(026) 238—7716
	北関東営業所	330-0841	さいたま市大宮区東町2－292	(048) 650—8191	(048) 650—8192
	金沢出張所	920-0342	金沢市畝田町西2－91	(076) 266—8105	(076) 266—8108
	松山出張所	791-8055	松山市清住2－1100－6	(089) 911—6331	(089) 911—6332
	広島営業所	731-0122	広島市安佐南区中筋2－3－4－101	(082) 830—5103	(082) 830—5104
デンカ生研株式会社	本社	103-0025	中央区日本橋茅場町3－4－2　秀和第一茅場町ビル	(03) 3669—9091	(03) 3664—1005
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西18－1－27	(011) 615—2866	(011) 615—2867
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町1－13－24	(022) 264—1138	(022) 268—6084

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	新潟営業所	950-0965	新潟市新光町17	(025) 285—8641	(025) 285—9872
	名古屋営業所	464-0026	名古屋市千種区井上町49—1	(052) 788—3981	(052) 788—3985
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島4—7—18	(06) 6307—7061	(06) 6307—7091
	福岡営業所	812-0012	福岡市博多区博多駅中央街8—20	(092) 414—7071	(092) 414—7073
東京貿易株式会社	本社	104-8510	中央区八丁堀2—13—8	(03) 3555—7353	(03) 3555—7271
	東北営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町2—8—18　仙台中央ビル4F	(022) 264—9550	(022) 264—9560
	大阪営業所	541-0057	大阪市中央区北久宝寺町4—4—2　フットワーク住友生命ビル	(06) 4963—9397	(06) 4963—9398
	九州営業所	813-0034	福岡市東区多の津1—14—1　FRCビル4F	(092) 623—1689	(092) 623—1789
東芝メディカルシステムズ株式会社	本社	324-8550	大田原市下石上1385	(0287) 26—6211	(0287) 26—6050
	東京本社	113-8456	文京区本郷3—26—5	(03) 3818—2061	(03) 3814—6170
	北海道支社	065-0042	札幌市東区本町2条2—3—6	(011) 785—3131	(011) 785—1104
	東北支社	989-3204	仙台市青葉区南吉成2—17—2	(022) 279—3510	(022) 279—5701
	関東支社	331-8701	さいたま市北区土呂町1—45—10	(048) 651—9211	(048) 651—8274
	千葉支店	261-7124	千葉市美浜区中瀬2—6　WBGマリブイースト	(043) 274—3151	(043) 274—3162
	東京支社	104-0031	中央区京橋1—19—8　大野ビル	(03) 3562—0211	(03) 3564—2860
	神奈川支社	220-6214	横浜市西区みなとみらい2—3—5　クイーンズタワーC	(045) 682—3300	(045) 682—3307
	静岡支店	420-0858	静岡市葵区伝馬町22—8　三井生命静岡ビル	(054) 254—4431	(054) 253—5756
	中部支社	450-0003	名古屋市中村区名駅南1—4—12　ガーデンビル	(052) 581—9310	(052) 582—7615
	関西支社	530-0054	大阪市北区南森町2—1—29　三井住友銀行南森町ビル	(06) 6362—3990	(06) 6365—6424
	兵庫支店	650-0044	神戸市中央区東川崎町1—8—1　プロメナ神戸	(078) 367—8954	(078) 371—0515
	中国支社	730-0031	広島市中区紙屋町1—2—22　第一広電ビル	(082) 248—2421	(082) 247—5951
	四国支店	760-0023	高松市寿町1—3—2　高松第一生命ビル	(087) 851—3786	(087) 822—5685
	九州支社	816-0864	春日市須玖北2—8	(092) 575—2711	(092) 575—2705
東ソー株式会社	東京本社	105-8623	港区芝3—8—2	(03) 5427—5181	(03) 5427—5520
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町1—11—1	(022) 266—2341	(022) 267—5745
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦1—17—13	(052) 211—5730	(052) 211—5740
	大阪支店	530-0004	大阪市北区堂島浜1—2—6	(06) 6344—3857	(06) 6344—4186
	福岡支店	810-0001	福岡市中央区天神1—13—2	(092) 781—0481	(092) 751—7015
	山口営業所	746-8501	新南陽市開成町4560	(0834) 63—9888	(0834) 63—6627
	カスタマーサポートセンター	252-1123	綾瀬市早川2743—1	(0467) 76—5384	(0467) 79—2550

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
東洋器材科学株式会社	本社	335-0003	蕨市南町4－7－10	(048) 447－3381	(048) 431－4685
東洋紡績株式会社	本社	530-8230	大阪市北区堂島浜2－2－8	(06) 6348－3335	(06) 6348－3833
	支社	103-8530	中央区日本橋小網町17－9	(03) 3660－4800	(03) 3660－4951
長瀬産業株式会社	東京本社	103-8355	中央区日本橋小舟町5－1	(03) 3665－3174	(03) 3665－3723
株式会社ニチリョー	本社	101-0032	千代田区岩本町2－4－10　共同ビル	(03) 5820－2411	(03) 5820－2410
	工場	343-0822	越谷市西方2760－1	(048) 989－1301	(048) 989－1333
	西日本営業所	630-8213	奈良市登大路町11－1　登大路プラッツ3F	(0742) 25－0808	(0742) 25－0878
日水製薬株式会社	本社	110-8736	台東区上野3－23－9	(03) 5846－5611	(03) 5846－5619
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西10－4	(011) 242－8566	(011) 242－8570
	仙台営業所	981-0933	仙台市青葉区柏木1－2－45　フォレスト仙台6F	(022) 717－3401	(022) 717－3410
	東京営業所	110-8736	台東区上野3－23－9	(03) 5846－5708	(03) 5846－5676
	名古屋営業所	460-0024	名古屋市中区正木4－8－7	(052) 682－2818	(052) 681－7536
	大阪営業所	541-0058	大阪市中央区南久宝寺町3－6－6　御堂筋センタービル9F	(06) 6253－1722	(06) 6253－1729
	広島営業所	730-0811	広島市中区中島町9－1	(082) 243－2235	(082) 241－4715
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多東2－5－37	(092) 475－7511	(092) 475－7666
ニットーボーメディカル株式会社	東京本社	102-0073	千代田区九段北4－1－28	(03) 3238－4540	(03) 3238－4590
	大阪支店	541-0043	大阪市中央区高麗橋4－3－10	(06) 6208－4957	(06) 6208－4976
	札幌営業所	003-0027	札幌市白石区本通り7－北1－33	(011) 866－7001	(011) 866－7012
	仙台営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町1－3－1	(022) 266－8956	(022) 266－8998
	名古屋営業所	460-0003	名古屋市中区錦1－17－13	(052) 231－5138	(052) 231－0158
	広島営業所	730-0029	広島市中区三川町2－11	(082) 241－8245	(082) 541－8245
	福岡営業所	812-0025	福岡市博多区店屋町8－30	(092) 281－1171	(092) 281－1161
ニップンテクノクラスタ株式会社	本社	169-0075	新宿区高田馬場1－30－5　千寿ビル4F	(03) 5287－6761	(03) 5287－6765
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島3－23－16　セントランドビル5－C	(06) 6886－6440	(06) 6886－6450
ニプロ株式会社	本社	531-8510	大阪市北区本庄西3－9－3	(06) 6373－3155	(06) 6374－0697
	札幌支店	060-0009	札幌市中央区北9条西19－35	(011) 631－7311	(011) 631－7314
	盛岡営業所	020-0122	盛岡市みたけ5－20－44	(019) 641－8999	(019) 641－8998
	秋田営業所	010-0877	秋田市山王2－1－40　田口ビル5F	(018) 867－8180	(018) 867－8480
	仙台支店	980-0802	仙台市青葉区二日町14－15　アミグランデ二日町1F	(022) 268－7756	(022) 268－7743
	福島営業所	963-8861	郡山市鶴見坦1－6－36　鶴見坦橋本地所ビル101	(024) 931－8999	(024) 922－7457

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	新潟支店	950-0915	新潟市鐙西2—29—15　ピュアコートベル2F	(025) 248—7518	(025) 248—7506
	関東北支店	331-0815	さいたま市北区大成町4—421—2	(048) 666—3721	(048) 666—3772
	茨城営業所	310-0842	水戸市けやき台3—6—1　スカイヒルズ202号	(029) 304—1177	(029) 246—0068
	関東東支店	261-0005	千葉市美浜区稲毛海岸3—1　フラワーヒル稲毛2F	(043) 242—2821	(043) 248—7797
	東京第一・第二支店	113-0033	文京区本郷4—3—4　ニプロビル2F	(03) 3818—0425	(03) 3818—0469
	横浜支店	221-0052	横浜市神奈川区栄町1—1　アーバンスクエア横浜11F	(045) 441—3222	(045) 441—3256
	西東京支店	190-0022	立川市錦町2—7—10　西野ビル1F	(042) 521—1471	(042) 521—1476
	長野営業所	390-0871	松本市桐3—2—45　山本ビル2F—1	(0263) 36—0522	(0263) 36—5212
	静岡支店	422-8051	静岡市駿河区中野新田305—1　東名第一ビル3F	(054) 283—6413	(054) 283—8794
	名古屋支店	465-0024	名古屋市名東区本郷2—91　高柳本郷ビル	(052) 777—1010	(052) 777—1015
	北陸営業所	921-8005	金沢市間明町2—273　中元ビル2F	(076) 292—0245	(076) 292—0216
	京都支店	606-8204	京都市左京区田中下柳町36	(075) 752—0820	(075) 752—0824
	阪奈・阪和支店	531-0072	大阪市北区豊崎3—3—13	(06) 6373—0555	(06) 6373—0385
	神戸支店	650-0015	神戸市中央区多聞通4—1—3　ナカヤマビル7F	(078) 361—7585	(078) 361—7587
	岡山支店	700-0951	岡山市田中128—106	(086) 243—7591	(086) 244—0932
	広島支店	731-0135	広島市安佐南区長束3—45—3	(082) 238—8307	(082) 238—8631
	四国支店	761-8013	高松市香西東町304—1　新栄ビル	(087) 882—2828	(087) 882—7729
	福岡支店	816-0935	大野城市錦町2—2—12	(092) 574—3731	(092) 574—1748
	熊本支店	862-0913	熊本市尾ノ上1—12—3　ファインパレス尾ノ上103	(096) 331—7330	(096) 331—7335
	鹿児島支店	890-0046	鹿児島市西田2—28—9　アスカII 1F	(099) 258—2775	(099) 255—6303
日本ケミファ株式会社	本　　社	101-0032	千代田区岩本町2—2—3	(03) 3851—2974	(03) 3862—2645
	東日本地区	101-8678	〃	〃	〃
	中部地区	460-0022	名古屋市中区金山5—15—9	(052) 882—5310	(052) 882—5323
	近畿地区	550-0002	大阪市西区江戸堀1—26—20	(06) 6448—1863	(06) 6448—1866
	中国・四国地区	730-0856	広島市中区河原町1—26	(082) 296—4825	(082) 296—4755
	九州地区	812-0018	福岡市博多区住吉3—1—80	(092) 272—4711	(092) 291—1929
日本光電工業株式会社	本　　社	161-8560	新宿区西落合1—31—4	(03) 5996—8000	(03) 5996—8085
	販社、営業所		全国10販社、約120営業所		
日本シエーリング株式会社	本　　社	532-0004	大阪市淀川区西宮原2—6—64	(06) 6396—2300	
	東京支社	140-0002	品川区東品川2—2—24　天王洲セントラルタワー18・19F	(03) 5715—8001	(03) 5715—8085

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
日本電子株式会社	本社	196-8558	昭島市武蔵野3－1－2	(042) 543—1111	(042) 546—3353
	東京支店	190-0012	立川市曙町2－8－3　新鈴春ビル6F	(042) 528—3341	(042) 528—3439
	札幌支店	060-0809	札幌市北区北9条西3—19　ノルテプラザ5F	(011) 726—9680	(011) 717—7305
	仙台支店	980-0021	仙台市青葉区中央2－2－1　仙台三菱ビル6F	(022) 222—3324	(022) 265—0202
	筑波支店	305-0033	つくば市東新井18—1	(029) 856—3220	(029) 856—1639
	横浜支店	222-0033	横浜市港北区新横浜3－6－4　新横浜千歳観光ビル6F	(045) 474—2181	(045) 474—2180
	名古屋支店	450-0001	名古屋市中村区那古野1—47—1　名古屋国際センタービル14F	(052) 581—1406	(052) 581—2887
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島5—14—5　新大阪INビル11F	(06) 6304—3941	(06) 6304—7377
	関西応用研究センター	532-0011	大阪市淀川区西中島6－9—27　新大阪メイコービル1F	(06) 6305—0121	(06) 6305—0105
	広島支店	730-0015	広島市中区橋本町10—6　広島NSビル	(082) 221—2500	(082) 221—3611
	高松支店	760-0023	高松市寿町1－1—12　高松東京生命館5F	(087) 821—8487	(087) 822—0709
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前2－1－1　福岡朝日ビル5F	(092) 411—2381	(092) 473—1649
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社	東京本社	116-0014	荒川区東日暮里5－7—18　コスモパークビル	(03) 5811—6290	(03) 5811—6282
	大阪営業所	532-0025	大阪市淀川区新北野1—14—11　大阪新北野第一生命ビル	(06) 6309—5860	(06) 6308—3064
日本ビオメリュー株式会社	本社	107-0061	港区北青山2—12—28　青山ビル	(03) 5411—8711	(03) 5411—8710
	札幌オフィス	060-0062	札幌市中央区南2条西7－6－2　日宝南2条ビル3F	(011) 281—0408	(011) 281—0402
	仙台オフィス	980-0811	仙台市青葉区一番町1－4—30　さのやビル8F	(022) 221—9784	(022) 221—9763
	東京オフィス	107-0061	港区北青山2—12—28　青山ビル	(03) 5411—8751	(03) 5411—8750
	名古屋オフィス	464-0851	名古屋市千種区今池南29—10　川島第2ビル　203号室	(052) 735—5711	(052) 735—5762
	大阪オフィス	531-0074	大阪市北区本庄東1－1—10　RISE88　8F	(06) 6292—8680	(06) 6292—8686
	福岡オフィス	812-0011	福岡市博多区博多駅前3－9－1　大賀博多駅前ビル5F	(092) 412—7060	(092) 412—7061
日本ポール株式会社	本社	141-0031	品川区西五反田1－5－1	(03) 3495—8310	(03) 3495—8366
日本ミリポア株式会社	本社	108-0073	港区三田1－4—28　三田国際ビル	(0120) 633—358	(03) 5442—9736
ニューコン株式会社	本社	116-0014	荒川区東日暮里5—41—12	(03) 3805—2584	(03) 3805—2508
ノートウェア株式会社	本社	105-0013	港区浜松町1—30—5	(03) 5472—8790	(03) 5472—8796
	西日本事業所	700-0902	岡山市錦町1－1	(086) 234—6045	(086) 234—6068
ノバ・バイオメディカル株式会社		140-0013	品川区南大井6—26—2	(03) 5471—5461	(03) 5471—5474
バイエルメディカル株式会社	本社	100-8263	千代田区丸の内1－6－5	(03) 6266—7030	(03) 5219—9716
	札幌支店	003-0027	札幌市白石区本通20—北1—72	(011) 846—3255	(011) 846—3155
	盛岡営業所	020-0866	盛岡市本宮2—32—16　オフィスタイラA	(019) 635—2651	(019) 635—2825

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	仙台支店	982-0014	仙台市太白区大野田字観音堂66—1　第三横山ハイツ	(022) 304—1468	(022) 246—0118
	東京第一支店	100-8263	千代田区丸の内1—6—5	(03) 6266—7330	(03) 5219—9745
	東京第二支店	330-0064	さいたま市浦和区岸町7—5—21　プリミエコート岸町ビル	(048) 825—9711	(048) 825—9725
	長野営業所	380-0921	長野市栗田1005　大成コートワンビル	(026) 224—9901	(026) 224—9484
	金沢営業所	920-0022	金沢市北安江1—8—3　アリックスビル	(076) 260—0311	(076) 260—0310
	名古屋支店	465-0024	名古屋市名東区本郷2—218	(052) 778—6501	(052) 778—6506
	大阪支店	564-0062	吹田市垂水町3—18—9　ユーコービル	(06) 6380—0333	(06) 6380—0368
	広島支店	733-0035	広島市西区南観音3—5—2　空港通りビル	(082) 295—8211	(082) 295—8453
	高松営業所	760-0017	高松市番町2—17—15　第2讃機ビル	(087) 851—5430	(087) 851—8362
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前3—10—24　藤井ビル	(092) 474—3640	(092) 474—3665
バイオテック株式会社	本　　社	113-0034	文京区湯島2—29—4　古沢ビル	(03) 3816—6931	(03) 3818—4554
	大阪営業所	533-0034	大阪市東淀川区東中島1—6—14　第2日大ビル1001号	(06) 6379—1555	(06) 6379—1565
株式会社 日立ハイテクノロジーズ	本　　社	105-8717	港区西新橋1—24—14	(03) 3504—5841	(03) 3504—7754
	北海道支店	060-0005	札幌市中央区北5条西5—2　住友生命札幌ビル	(011) 221—7241	(011) 271—1327
	東北支店	980-0021	仙台市青葉区中央3—2—1　青葉通プラザ	(022) 264—3211	(022) 267—6453
	中部支店	460-0003	名古屋市中区錦2—13—19　瀧定ビル4F	(052) 219—1744	(052) 219—1866
	関西支店	532-0003	大阪市淀川区宮原3—3—31　上村ニッセイビル	(06) 4807—2571	(06) 4807—2559
	中国支店	730-0011	広島市中区基町11—13　第一生命ビル	(082) 221—4514	(082) 221—4513
	九州支店	810-0001	福岡市中央区天神2—12—1　天神ビル	(092) 721—3500	(092) 721—3518
	四国営業所	760-0017	高松市番町1—1—5　日本生命高松ビル7F	(087) 825—9977	(087) 823—1550
フィンガルリンク株式会社	本　　社	130-0005	墨田区東駒形2—13—13	(03) 3625—6543	(03) 3625—6545
	札幌営業所	065-0024	札幌市東区北24条東2—4—10　丸源ビル2F	(011) 711—7813	(011) 711—7816
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区西中島6—5—3　サムティフェイム新大阪2403	(06) 6889—5451	(06) 6889—5450
	東京情報開発センター	111-0041	台東区元浅草2—6—6　東京日産台東ビル904	(03) 5806—9883	(03) 3841—2956
	盛岡情報開発センター	020-0033	盛岡市盛岡駅前北通5—6　MDIビル	(019) 626—6543	(019) 626—6543
フクダ電子株式会社	本　　社	113-8483	文京区本郷3—39—4	(03) 5802—6600	
富士工業株式会社	本　　社	113-0034	文京区湯島4—1—14	(03) 3814—3621	(03) 3814—3625
富士フイルムメディカル株式会社	本　　社	104-0061	中央区銀座7—13—8　第2丸高ビル6F	(03) 3545—3321	(03) 5565—7020
	営業本部・ドライケム部	135-0042	江東区木場1—5—25　深川ギャザリアタワーS棟	(03) 5665—1122	(03) 5665—1250
	北海道営業所	001-0081	札幌市北区北18条西3—1—38	(011) 757—7777	(011) 728—2010

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	東北営業所	981-0933	仙台市青葉区柏木1－2－45　フォレスト仙台ビル	(022) 717－0741	(022) 301－9198
	木場テクノセンター	135-0042	江東区木場1－5－25　深川ギャザリアタワーS棟	(03) 5665－1130	(03) 5665－1250
	西関東テクノセンター	190-0037	立川市錦町1－8－13　市川ビル	(042) 548－8701	(042) 548－8740
	北関東テクノセンター	330-0842	さいたま市大宮区浅間町2－240	(048) 645－6001	(048) 647－2560
	南関東テクノセンター	222-0033	横浜市港北区新横浜2－8－11	(045) 471－7311	(045) 472－6321
	東海営業所	460-0008	名古屋市中区栄2－12－12　白川第二ビル別館	(052) 221－7871	(052) 203－4875
	四国営業所	760-0050	高松市亀井町8－11　高松あおば生命ビル	(087) 834－8844	(087) 833－4694
	九州テクノセンター	812-0018	福岡市博多区住吉3－1－1　富士フイルムビル	(092) 218－3655	(092) 282－1220
富士レビオ株式会社	本社	103-0007	中央区日本橋浜町2－62－5　FRビル	(03) 5695－9210	(03) 5695－9234
	札幌出張所	060-0908	札幌市東区北8条東3－2－10　宮村ビル	(011) 731－2500	(011) 731－2501
	盛岡出張所	020-0034	盛岡市盛岡駅前通り15－19　盛岡フコク生命ビル	(019) 625－2363	(019) 625－2484
	仙台営業所	984-0015	仙台市青葉区一番町2－8－10　ニッセイ同和損保仙台ビル1F	(022) 264－4001	(022) 264－4008
	北関東営業所	330-8545	さいたま市大宮区宮町2－81　日本生命アネックスビル	(048) 643－0321	(048) 644－2724
	東日本支店	103-0007	中央区日本橋浜町2－62－5　FRビル	(03) 5695－0711	(03) 5695－0858
	千葉営業所	260-0854	千葉市中央区長洲1－1－10　K.C.Sビル3F	(043) 222－9260	(043) 222－9553
	横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜3－18－14　住生新横浜第2ビル7F	(045) 478－3181	(045) 475－4104
	名古屋営業所	465-0025	名古屋市名東区上社2－174	(052) 775－1081	(052) 775－1833
	京都営業所	615-0022	京都市右京区西院平町25　東芝京都ビル	(075) 315－0508	(075) 315－0625
	西日本支店	532-0033	大阪市淀川区新高3－9－14　MMビル4F	(06) 6150－5520	(06) 6150－5530
	広島営業所	732-0052	広島市東区光町1－10－19　日本生命広島光町ビル	(082) 264－3366	(082) 263－7712
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東2－10－1　第一福岡ビル6F	(092) 472－5661	(092) 474－8555
扶桑薬品工業株式会社	本社事務所	536-8523	大阪市城東区森之宮2－3－11	(06) 6969－1131	(06) 6969－2341
	札幌支店	003-0005	札幌市白石区東札幌5条1－2－20	(011) 814－3811	(011) 814－3815
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町1－14－21	(022) 221－2656	(022) 262－2600
	東京第一支店	103-0023	中央区日本橋本町2－4－5	(03) 5203－7101	(03) 5203－7088
	名古屋支店	461-0001	名古屋市東区泉1－3－26	(052) 962－5001	(052) 971－6592
	大阪支店	541-0045	大阪市中央区道修町1－7－10	(06) 6203－5671	(06) 6231－6886
	岡山支店	700-0834	岡山市天瀬南町9－12	(086) 225－4505	(086) 225－2329
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町3－59	(082) 228－6591	(082) 228－6594
	福岡支店	812-0024	福岡市博多区綱場町8－23	(092) 271－0501	(092) 291－6739

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	その他3支店				
ベックマン・コールター株式会社	本　　社	105-0001	港区虎ノ門3－5－1　虎ノ門37森ビル	(03) 5404—8424	(03) 3578—4605
	札幌オフィス	003-0807	札幌市白石区菊水7条2－7－1　札幌流通倉庫東ビル	(011) 825—9244	〃
	仙台オフィス	980-0803	仙台市青葉区国分町1－8－14　仙台協立第2ビル	(022) 225—8072	〃
	名古屋オフィス	461-0002	名古屋市東区代官町35—16　第一富士ビル	(052) 934—3082	〃
	大阪オフィス	565-0083	豊中市新千里西町1－1－8　第一火災千里中央ビル	(06) 4863—1674	〃
	広島オフィス	732-0805	広島市南区東荒神町3－35　広島オフィスセンタービル	(082) 261—6863	〃
	福岡オフィス	813-0034	福岡市東区多の津1－14－1　FRCビル	(092) 622—7392	〃
株式会社ヘレナ研究所	本　　社	330-0061	さいたま市浦和区常盤9－21—19	(048) 833—3208	(048) 833—3273
	大阪支社	540-0011	大阪市中央区農人橋2－1－31	(06) 6945—1070	(06) 6945—1055
株式会社堀場製作所	本　　社	601-8510	京都市南区吉祥院宮の東町2番地	(075) 313—5736	(075) 321—0752
	東京セールスオフィス	101-0031	千代田区東神田1－7－8　アルテビル東神田	(03) 3861—8389	(03) 5820—9507
	西部セールスオフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東2－6－26　安川産業ビル6F	(092) 472—5041	(092) 474—5289
マトリックスアジアパシフィック株式会社	本　　社	101-0032	千代田区岩本町3－1－2	(03) 5687—5787	(03) 5687—5980
株式会社ミズホメディー	本　　社	841-0048	鳥栖市藤木町5－4	(0942) 85—0303	(0942) 85—0312
	東京営業所	111-0053	台東区浅草橋3－20—12　ニュー蔵前ビル5F	(03) 3861—7447	(03) 3861—7448
	名古屋営業所	464-0851	名古屋市千種区今池南29—24　川島第1ビル	(052) 733—5266	(052) 733—5422
	大阪営業所	553-0003	大阪市福島区福島1－2－7　大和ビル401号	(06) 6458—5711	(06) 6458—5648
株式会社三菱化学ヤトロン	本　　社	162-0812	新宿区西五軒町13－1	(03) 5206—2600	(03) 5206—2611
	札幌営業所	060-0061	札幌市中央区南1条西6－11	(011) 271—6961	(011) 271—4870
	仙台営業所	980-0802	仙台市青葉区二日町16—15	(022) 723—5066	(022) 723—5068
	東京第一営業所	162-0812	新宿区西五軒町13－1	(03) 5206—1670	(03) 5206—1744
	東京第二営業所	〃	〃	(03) 5206—1671	(03)　〃
	名古屋営業所	465-0095	名古屋市名東区高社1－253	(052) 772—9561	(052) 775—6569
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1－18—31	(06) 6325—3621	(06) 6325—0057
	広島営業所	730-0802	広島市中区本川町3－3－23	(082) 291—4601	(082) 292—0451
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東3－14—21	(092) 471—7188	(092) 474—2142
株式会社メディカルジャパン	本　　社	435-0057	浜松市中田町447	(053) 467—1166	(053) 467—1600
	工場所在地	431-3102	浜松市豊西町904－7	(053) 435—9881	(053) 435—9882
	連　絡　所		千葉連絡所・神戸連絡所		

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
Medix Biochemica Oy Ab			Asematie 13 FIN-02700 Kauniamen Finland	+358-9-547-680	+358-9-505-3441
	錦商事㈱	103-0024	中央区日本橋小舟町14－4	(03) 3639－8724	(03) 3661－9594
有限会社山久化成	本社	206-0803	稲城市向陽台4－2－C－1007	(042) 370－4744	(042) 370－4745
株式会社ユニフレックス	本社	113-0033	文京区本郷3－26－4　ドルミ本郷7F	(03) 3816－1004	(03) 3816－1392
	柏センター	277-0861	柏市高田537－1	(04) 7147－3751	(04) 7144－8242
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1－17－18　新大阪ビル東館2F	(06) 6323－8344	(06) 6323－8257
ラジオメーター株式会社	本社	105-0003	港区西新橋3－16－11　愛宕イーストビル	(03) 5777－3500	(03) 5777－3501
	札幌営業所	001-0010	札幌市北区北10条西1－11　浦野ビル	(011) 746－3390	(011) 746－3395
	仙台営業所	980-0824	仙台市青葉区支倉町4－34　マルキンビル	(022) 268－3008	(022) 268－4540
	東京営業所	105-0003	港区西新橋3－16－11　愛宕イーストビル	(03) 5777－3555	(03) 5777－3556
	長野営業所	380-0917	長野市南俣2605－1　滝沢ビル	(026) 223－6855	(026) 223－6853
	金沢営業所	920-0025	金沢市駅西本町1－14－29　サン金沢ビル	(076) 231－4455	(076) 231－4499
	名古屋営業所	461-0004	名古屋市東区葵2－12－1　ナカノビル	(052) 934－2711	(052) 934－2714
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原3－5－36　新大阪MT2ビル	(06) 6350－2000	(06) 6350－2005
	広島営業所	732-0814	広島市南区段原南1－3－53　広島イーストビル	(082) 568－6355	(082) 261－2670
	高松営業所	760-0079	高松市松縄町506　シブヤビル松縄	(087) 815－1551	(087) 865－8448
	福岡営業所	814-0003	福岡市早良区城西1－8－36　明治安田生命西新町ビル	(092) 822-2135	(092) 822－3180
	鹿児島営業所	892-0847	鹿児島市西千石町11－25　フコク生命高見馬場ビル	(099) 227－9383	(099) 227－9384
LAB Auto	八王子工場	192-0906	八王子市北野町582－13	(0426) 60－1923	(0426) 60－1924
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社	本社	105-0014	港区芝2－6－1	(03) 5443－7041	(03) 5443－5247
	札幌支店	060-0031	札幌市中央区北1条東1－2－5　明治安田生命札幌北1条東ビル6F	(011) 251－1331	(011) 231－1603
	仙台支店	980-0822	仙台市青葉区立町27－21　仙台橋本ビル6F	(022) 224－6491	(022) 267－3877
	関東支店	105-0014	港区芝2－6－1	(03) 5730－9431	(03) 5730－9446
	東京支店	105-0014	港区芝2－6－1	(03) 5765－8081	(03) 5765－8082
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦2－4－3　錦パークビル13F	(052) 220－5741	(052) 220－5742
	大阪支店	565-0082	豊中市新千里東町1－5－3　千里朝日阪急ビル12F	(06) 4863－7621	(06) 4863－7625
	広島支店	730-0022	広島市中区銀山町3－1　ひろしまハイビル21	(082) 545－5120	(082) 545－5123
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前1－4－4　JPR博多ビル12F	(092) 461－1021	(092) 461－1025
	錦商事㈱	103-0024	中央区日本橋小舟町14－4	(03) 3639－8724	(03) 3661－9594
和光純薬工業株式会社	本社	540-8605	大阪市中央区道修町3－1－2	(06) 6203－3747	(06) 6203－4640

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	東京営業所	103-0023	中央区日本橋本町２－１－７　タケダ本町ビル２Ｆ	(03) 3270—9131	(03) 3241—5752
	北海道営業所	060-0001	札幌市中央区北１条西13－４　タケダ札幌ビル４Ｆ	(011) 271—0285	(011) 271—0835
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町２－９－５　コア本町ビル３Ｆ	(022) 222—3072	(022) 264—2228
	甲信越営業所	390-0833	松本市双葉10—22　双葉町ビルＢ棟3F　312号	(0263) 28—0335	(0263) 28—0388
	横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜３－１－４　プラスタリアビル７Ｆ	(045) 476—2061	(045) 476—2067
	東海営業所	465-0018	名古屋市名東区八前２—914	(052) 772—0788	(052) 775—9413
	中国営業所	735-0024	安芸郡府中町緑ヶ丘６—40	(082) 285—6381	(082) 286—2033
	九州営業所	813-0062	福岡市東区松島３—22—30	(092) 622—1005	(092) 621—9345
ワットマンジャパン株式会社	本　　社	102-0074	千代田区九段南４－７—15　JPR市ヶ谷ビル６Ｆ	(03) 5215—1242	(03) 5215—1246

編集後記

今年の共催展示会の開催に当り，恒例の展示目録を作成しました。特に，体外診断用医薬品の生化学，免疫血清分野での検査項目の順序を見直し実務に使用し易いものとしました。

年々，目的意識を持った医療関係者のご来場が増えております。

数多くの方々のご来場を期待しております。

(N. W. 記)

平成17年度JACLA展示委員会

小笠原　繁　(和光純薬工業)
川上　　彰　(日立ハイテクノロジーズ)
末益美智雄　(オリンパス)
冨田　修二　(栄 研 化 学)
嶋田　好宏　(シスメックス)
渡辺　楷　　(振　興　会)

2005日本臨床検査自動化学会・
日本臨床検査医学会　共催展示会

2005 EXHIBITORS' CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化振興会（JACLA）
〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-6
（ワイユウビル6F）
Tel. 03（5689）5910
Fax. 03（5689）5917

印刷：壮光舎印刷株式会社

2005年9月28日印刷・発行

（非売品・禁複写）

JACLA

JSCLA http://www1.sphere.ne.jp/jidouka
JSLM http://www.jslm.org
JACLA http://homepage3.nifty.com/jacla/