JSCLA

Japan Society for Clinical Laboratory Automation(JSCLA)
&
Japanese Society of Laboratory Medicine(JSLM)

2008 EXHIBITION

EXHIBITORS' CATALOGUE

2008
日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会
共催展示会【展示目録】

10/9(Thu.), **10**(Fri.), **11**(Sat.),
YOKOHAMA CITY JAPAN

市川市葛飾八幡の「千本公孫樹」：樹齢は推定1200年で国指定の天然記念物。
国内有数の大銀杏で、主幹を多くの枝幹が囲んでいることから千本イチョウの名がついている。
[ホームページ「デジカメ日記・巨樹」参照]

ご 挨 拶

この展示目録は，2008年の日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会共催展示会に際して，今年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものです。自動化振興会の事業の一つとして毎年発刊され，本年度で33回を数えます。最新の臨床検査機器および検査試薬の情報をこの一冊ですべて知ることができ，また末尾には出展各社のプロフィールも掲載されています。

今年度の展示会は昨年と同じく横浜の地で開催されますが，大会の方の申込み演題数，展示会出展メーカー数とも増えていますから，例年の7,000人を超える参加者で賑わうものと思います。今年も昨年と同じく臨床検査医学会との共催で例年と変わらぬ盛況になると期待しています。

大会については，大会長桑　克彦準教授の下，“臨床検査のイノベーション：フロンティア技術の応用”をテーマに未来の検査室づくりにかける桑先生の熱情のこもった企画を満喫して下さい。

大会，展示会ともに参加されて，新しい検査情報をとり入れ検査室のレベルアップに役立てて下さい。

最後になりましたが，この冊子出版をはじめ，展示会全般にわたっての振興会の方々の御苦労に感謝する次第です。

平成20年10月9日
日本臨床検査自動化学会
会長　中井　利昭

ご 挨 拶

本年度の日本臨床検査自動化学会および日本臨床検査医学会の共催展示に際しまして，日本臨床検査医学会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。

平成14年に始まりました日本臨床検査自動化学会および日本臨床検査医学会共催による検査診断機器展示も，今や定着したものになりました。それまでは2つの学術集会でそれぞれ展示が行われて参りましたが，規模を拡大して自動化学会の学術集会に合わせて開催されるようになりました。そのお陰をもち，この展示も機器・試薬メーカーの出展数増加とともに，例年，7000人を超える臨床検査関連の方々が当展示会場を訪れております。本年は特定健診・保健指導元年の年でもあり，その賑わいを増すものと期待されます。

近年の検査機器開発・発展には目を見張るものがあり，全自動化に加え，汎用・迅速化が急速に進んできております。昨今の厳しい医療環境の中では，精度，操作性などとともに，経済性にも優れた機器の選択が求められております。検査担当者も，展示場で機器を実際にご覧になることで各メーカーの機器・試薬への理解・認識が高まり，ご自分の検査室の機器選択・購入にお役にたつものと思います。

本目録は今年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものであり，出展各社からの最新の情報が記載されております。それぞれの検査室に合った機器の選択を検討する上でも，活用できるものとなるでしょう。

今年度の保険改定における中医協の審議のなかで，「臨床検査は診断や治療に必須のものであり，医療の根幹をなすものである」との提言があらためて採用され，このところ続いてきた検査点数削減の流れに一定の抑制がかけられました。世界的に採用されるような優れた試薬ならびに機器開発の追い風となるよう期待したいと思います。

最後に本目録の作成，ならびに展示に関わる準備・設営にご尽力いただいた関係諸氏に深謝いたします。

平成20年10月9日
日本臨床検査医学会
理事長　宮澤　幸久

2008 日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会 共催展示会　展示目録

目　　次

あいさつ（日本臨床検査自動化学会 会長　中井利昭） …… 1

あいさつ（日本臨床検査医学会 理事長　宮澤幸久） …… 3

臨床化学分析機器 …… 7～16

1.電解質測定装置（電極法）／2.簡易分析装置／3.専用分析装置／4.多項目自動分析装置／5.ドライケミストリー・システム／6.血液ガス分析装置／7.全自動電気泳動装置／8.電気泳動装置／9.デンシトメータ装置／10.高速液体クロマトグラフィー装置／11.その他

核医学(RIA)機器 …… 17～18

12.ラジオイムノアッセイ装置

免疫血清検査機器 …… 18～23

13.酵素免疫測定装置／14.蛍光免疫測定装置／15.ネフェロメトリックイムノアッセイ装置／16.ラテックス凝集反応測定装置／17.レーザーネフェロメータ／18.免疫比濁測定装置／19.発光免疫測定装置／20.蛍光偏光装置／21.その他

血液検査機器 …… 25～32

22.多項目血球計数装置／23.血液凝固測定装置／24.血小板凝集測定装置／25.赤血球沈降速度自動測定装置／26.血液標本自動作製装置／27.血液像自動分類装置／28.細胞分類装置／29.全自動輸血検査装置／30.その他

細菌検査機器 …… 33～36

31.微生物分類同定装置／32.感受性試験装置／33.DNA・RNA 測定装置／34.核酸抽出装置／35.その他

尿検査機器 …… 37〜39
36.浸透圧計／37.尿分析装置／38.尿沈渣分析装置／39.便潜血測定装置／40.その他

病理検査機器 …… 40〜41
41.自動組織細胞染色装置／42.画像処理装置／43.画像撮影装置／44.その他

生理機能検査機器 …… 43〜44
45.呼吸機能自動検査システム／46.超音波膀胱容量測定装置／47.超音波骨密度測定装置

システム …… 45〜51
48.臨床検査システム／49.検体前処理システム／50.オートラベラー・バーコードプリンタ／51.分注装置／52.遠心分離器

その他の臨床検査機器 …… 53〜57
53.マイクロピペット／54.希釈装置／55.洗浄器／56.その他

体外診断用医薬品 …… 59〜79

自動分析装置専用試薬 …… 81〜84

コントロール血清 …… 85〜98

展示会社・主要製品紹介 …… 99〜150

展示会社住所録 …… 151〜170

臨床化学分析機器

1. 電解質測定装置（電極法）Electrolyte Analyzer（by Ion Selective Electrode Method）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	標準方式	サンプラー	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	種類	外部／内部	有・無	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケムDコンセプト™D-02 SD-4810	22	4分/検体	Na, K, Cl		有	最大300	40.8×33×13.2	10		同一装置で生化学項目測定可
	スポットケム™EL SE-1520	〃	60	〃	外部	無	40	13.5×22.5×13.8	1.5		
エイアンドティー	EA 07	22	150	Na, K, Cl	内部	有	200以下	28×57.6×54.7	25		アットウィルより販売
シーメンス HCD	Rapidchem 744	55	1検体 35～60秒	3			50	37×18×32	7.3	1,980	完全メンテナンスフリー
	〃 754	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃	〃
常光	EX-Z	95	100	Na^+, K^+, Cl^-	内部	有	100/2	24×41×35	18		オートサンプラ付き
	〃 -D	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		透析モード付き
〃	Ex-Ca	300	57	Na^+, K^+, Ca^{++}, pH	〃	無	〃	30×30×37	13		〃
セントラル科学貿易	全自動電解質分析装置 EX-II	27	150	Na, K, Cl	内部	有	200	28×57.6×54.7	25	250	
テクノメディカ	STAX-3	110	120	Na, K, Cl, Hct	内部	有	100/3	26×40×38	17	330	
ロシュ・ダイアグノスティックス	電解質分析装置 Roche 9180 シリーズ	95	プリントアウト有45サンプル/h プリントアウト無60サンプル/h	Na, K, Cl, Ca, Li		無	100	31.5×29.5×33.5	6	120	Cl, Ca, Li 選択

2. 簡易分析装置（Analyzer for Simplified Operation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	種類		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	ラクテート・プロ™ LT-1710	5		1分/検体	乳酸	電極法	3Vリチウム電池×2	5.5×1.45×8.38	0.05		
	グルコカード マイダイア	2		15秒/検体	グルコース	〃	〃	4.8×1.7×8.6	0.055		
〃	〃 G+メーター	0.6		5.5秒/検体	〃	〃	〃	5.3×1.8×8.8	0.05		
アボット ジャパン	プレシジョン PC_x	1.5		1テスト/20秒	血糖	電極法	単3アルカリ電池	19.7×7.5×5.1	0.28		データ管理機能，オンライン機能を装備
	エクシード	0.6		〃 5秒	〃	〃	ボタン電池	7.4×5.3×1.6	0.04	1.45	ケトン体測定も可能，記憶容量450テスト

エム・シー・メディカル	ニコカード CRP／HbA_{1c}	5			CRP/HbA_{1c}	固相免疫測定法		20×17×3	0.5		
	アフィニオン CRP/HbA_{1c}	1.5			〃		40	17×32×17	5		
東洋紡績	ニコカード CRP	25						20×17×7	0.5	22.8	
	〃 HbA_{1c}	5						〃	〃	〃	
〃	アフィニオン	1.5			CRP HbA_{1c}			17×32×17	5		
ノバ・バイオメディカル	スタットストリップ	1.2		6秒/検体	グルコース	電極法	3Vリチウム電池×1	9.1×5.8×2.3	0.075	1.5	干渉物質の影響を排除できる

3. 専用分析装置（Special-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	種類		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	アダムス™グルコース GA-1152	24		150	グルコース	GOD 過酸化水素電極法	160	41.2×40.7×41	20.5		
	〃 GA-1170	30		156	〃	〃	180	53×45×53	35		
エイアンドティー	GA 05	30/5 自動切換	1800	160～200	グルコース	GOD 固定化酵素電極	200 以下	28×57.6×54.7	25		アットウィルより販売
	〃 08 II	〃	〃	〃	〃	〃	〃	55×48.3×48.3	48		〃
協和メデックス	DM-JACK	1～10	R 1：～250 R 2：～150	180	HbA_{1c}・GLU 1,5 AG・GA	ラテックス免疫法 酵素法	300	42×46×42.5	25		
	〃 -Upgrad	〃	〃	〃	〃	〃	600	42.3×46.4×52.0	32.3		
〃	〃 -JACK II	〃	〃	〃	〃	〃	〃	20×70×106.5	100		
シーメンス HCD	DCA2000 システム	1		6分/テスト 7分/テスト	HbA_{1c} 尿中微量アルブミン, クレアチニン	ラテックス凝集阻止反応	100	24.1×23.9×27.2	5	29.8	アルブミン指数を自動計算
堀場製作所	アントセンスIII	5～50		45秒/1テスト	GLU	酵素電極法	〃	20×18×6.5	0,8		グルコース専用 POCT 機器

4. 多項目自動分析装置（Automatic Multi-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ウシオ電機	Banalyst ABH-004	15～25	25	23	5	100/6.3	43×30.6×29.7	13		

オリンパス	AU5431	2～50	15～250	6600 テスト/h	98	200/60	507×114×126	1,740		オプション ISE 仕様
	〃 5421	〃	〃	5000 〃	〃	200/50	376×114×126	1,300		〃
〃	AU2700	1.6～25	120～430	2134 〃	51	100/60	200×114×126	700		〃
	〃 680	1～25	10～250	1200 〃	63	200/19	192×104×128	590		〃
〃	〃 400	〃	〃	800 〃	〃	100/35	45×76×121	420		〃
積水メディカル	日立クリニカルアナライザー S 40	5～15	50～210	4 検体(1 検体当たり 5 項目依頼)	40	100/2	54×60×45	30	190	液状試薬タイプ。メタボ関連検査に対応
	〃 M 40	〃	〃	8 検体(〃)	〃	〃	〃	〃	290	〃
デイドベーリング	ディメンション RxL Max	2-60		800	47	100/20	159×81×112	366	3,500	
	〃 Xpand Plus	〃		437	〃	〃	129×79×114	348	2,600	
〃	血中薬物自動分析装置 Viva-E システム	1～30	0～400	133	13	ハロゲンランプ 12V-30W クーリングユニット 3 個	115×56×49	85	824	
	ディメンションビスタ 1500	1-40		1500	最大 166	200/30	215×112×141	900	8,000	
〃	〃 3000 T	〃		3000	〃 332	(200/30)×2	422×146×141	1,810	16,000	
東京貿易機械	ピオリス 24*i* (プレステージ 24 *i*)	3～30	20～330	240	24(36)	100/6	80×64×52	95		
	ピオリス 12 *i*	2～25	20～200	120	30	100/3	52×60.5×43.5	32		
〃	〃 24 *i* プレミアム	2～30	20～250	240	36(24)	100/6	80×67×52	95		
東芝メディカルシステムズ	TBA™-120FR	1.5～35	80～	比色 800 電解質 600	100	200/15	160×87.5×122	570		
	Accute™	2～25	120～	比色 400 電解質 600	35	100/15	103×79×105	320		
〃	TBA™-c16000	1.5～35	80～	比色 1600 電解質 600	206	200/15	201×125×122	680		
	〃 -c8000	2～35 (1.5～35)	160～ (80～)	比色 800 電解質 600	〃	〃	〃	650		
東洋紡績	TYB-9	2～35	20～350	180	20 (ISE 付 23)	450 以下	62×55.5×57	65		
	〃 -18	〃	20～400	450	40 (ISE 付 43)	700 以下	97×69×58.2	135		
〃	〃 -40	〃	20～350	560	60 (ISE 付 63)	900 以下	77×62×50.5	150		
ニプロ	Compolyse-450	2～35	20～400	180	52	100/5.5	77×62×50.5	125	980	ISE オプション
日本電子	JCA-BM 2250 Bio Majesty	2～30 (0.1 μL ステップ)	10～150 (0.1 μL ステップ)	2,250 テスト/h (ISE 付)	最大 103 (ISE 付)	最大 3 K	分析部：170×93×115 操作部：70×70×148	700	5,660	・検体前希釈方式(1～5625 倍) ・最終反応液量：60μL ・2 秒サンプル分注サイクル
	JCA-BM 6050 〃	1～25 (0.1 μL ステップ)	5～70 (0.1 μL ステップ)	1,800 〃 (〃)	〃	〃	分析部：148×92×113 操作部：74×73×148	600	4,960	

〃	JCA-BM 6010 〃	〃	5～300（0.1 μL ステップ）	1,200 〃 （ 〃 ）	〃	〃	分析部：122×85×111 操作部：70×70×148	450	3,870	HbA_{1c}測定オプション
	JCA-BM 9130 〃	1.48（HbA_{1c}のみ） 2～30（0.1 μL ステップ）	5～70（0.1 μL ステップ）	1,800 〃 （ 〃 ）	〃	〃	分析部：148×92×113 操作部：74×73×148	600	5,380	血球成分（HbA_{1c}） 血漿成分（Glu）の同時測定
〃	JCA-BM 8060	1～25（0.1 μL ステップ）	5～70（0.1 μL ステップ）	生化学：最大7,200テスト/h ISE：最大1,800テスト/h	最大 203 （ 〃 ）	200/60	分析部：590×135×126 操作部：74×73×148	2,650	17,500	最小反応液量 50 μL
	〃 8040	〃	〃	生化学：最大4,800テスト/h ISE：最大1,800テスト/h	〃 （ 〃 ）	200/40	分析部：452×135×126 操作部：74×73×148	1,940	12,200	〃
〃	〃 8030	〃	〃	生化学：最大3,600テスト/h ISE：最大1,800テスト/h	〃 （ 〃 ）	200/35	分析部：383×135×126 操作部：74×73×148	1,500	10,500	〃
	〃 8020	〃	〃	生化学：最大2,400テスト/h ISE：最大1,800テスト/h	〃 （ 〃 ）	200/25	分析部：314×135×126 操作部：74×73×148	1,110	7,500	〃
日立ハイテクノロジーズ	7700	Dモジュール2～20 Pモジュール1.5～35	120～300	構成により異なる （最大800～8000テスト/h）	構成により異なる（16～86） （ISE付19～89）	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		オプション：増設用Eモジュール（免疫項目測定）（販売元ロシュ・ダイアグノスティックス(株)）
	7180	1.5～35	〃	最大 800 テスト/h	86 （ISE 付 89）	100/30	分析部：145×800×123 （分析部のみ）	分析部：約400 操作部：約30		
〃	7020	2～35	180～500	最大 200 〃	36 （ISE 付 39）	100/15	72×72×108.5	約 190		
	9000	1.5～35	100～250	最大 1,000 〃	最大 63 （ISE 含む）	100/30	188×104×130 （分析部のみ）	約460 （分析部のみ）		
〃	LABOSPECT 003	〃	〃	最大 320 〃	〃 42 （ISE 付 45）	100/20	132.5×85.9×126	約 270		
	〃 008	1.5～35	〃	構成により異なる （最大2,000～8,000テスト/h）	構成により異なる（70～112） （ISE付73-120）	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		
古野電気	CA-90	2～35	20～350	156	20 （ISE 付 23）	450 以下	62×55.5×57	65	お問合せください	移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置
	〃 -180	〃	20～400	450	40 （ISE 付 43）	700 以下	77×62×50.5	135	〃	〃
〃	〃 -400	〃	20～350	560	60 （ISE 付 63）	900 以下	97×69×58.2	150	〃	〃
ベックマン・コールター	ユニセル DxC 600 PRO	〃	〃	990	65	1.81 K	157.5×104.1×157.5	713.5		メンテナンスフリー試薬/検体バーコード対応
	〃 800 PRO	〃	〃	1,440	70	1.89 K	177.8×104.1×157.5	782.4		緊急モジュールで11項目を約2分30秒で報告
ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス〈P〉	2～35	20～270	800	44	4 K	245×110×108	850		
	〃 〈D〉	2～20	〃	2,400	16	〃	245×110×169	1,000		
〃	〃 〈PP〉	2～35	〃	1,600	86	6 K	365×110×108	1,250		
	〃 〈DP〉	〃	〃	3,200	60	〃	365×110×169	1,400		
〃	〃 〈PPP〉	〃	〃	2,400	86	8 K	485×110×108	1,650		
	コバス 6000〈501〉	1.5～35	5～180	600	63	4.6 K	188×104×130	約 510	3,900	
和光純薬工業	ポイントケム P 60	3～30	R1,R2； 20～300	3	6	100/4.8	31×56×47.5	25	380	富士フイルムメディカル(株)販売

5. ドライケミストリー・システム（Dry Chemistry System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	種類	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケムDコンセプト™D-02 SD-4810	生化学：6 電解質：22	3(15項目同時測定時)	生化学22, 電解質	最大300	40.8×33×13.2	10		
	〃 D-03 SD-4820	6	〃	生化学22	〃	40.8×33×16	11		小型遠心分離機を内蔵
〃	スポットケム™EZ SP-4430	4～6	63	〃	80～100	33.8×20.3×16.7	5.4		〃
	ポケットケム™BA PA-4130	20	200秒/検体	血中アンモニア	単三電池×2	12.5×8.7×3.1	0.23		
オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	ビトロス350	5～11	250	48	100/12	115×71×120	272	2,250	
	〃 5.1FS	〃	800	69	200/20	234×84×133	640	3,900	
セントラル科学貿易	Piccolo xpress ピッコロ エクスプレ	100		14	100/2	15.3×32.4×20.3	5.1	250	専用ローター使用
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 800	50	1min/検体	3	100/0.2	19×26.5×11	2.5	95	電解質専用
	〃 100タイプN	10	2 〃	1	〃	〃	2	37	アンモニア専用
〃	〃 7000シリーズ	比色10 電解質50	比色電解質混合で190テスト/h	30	100/3	54×42×45	40	420～490	7000・i・s 3タイプ
	ポイントケムP60	3～30	17 min/検体	16	100/4.8	31×56×47.5	25	380	比色/HbA_{1c} 測定可能
〃	〃 4000シリーズ	6および10/項目	比色・電解質混合で77テスト/h	30	100/2	41.5×39×290 (PF付きはD47)	〃	270～340	4000・i・s 3タイプ
和光純薬工業	富士ドライケム 800	50	1テスト/分	3	100/0.2	19×26.5×11	2.5	95	電解質専用
	〃 100タイプN	10	30テスト/h	1	〃	19×26.5×12	2.0	37	アンモニア専用
〃	〃 4000シリーズ	比色6～10 電解質50	77 〃	30	100/2	41.5×39×29 (PF付きはD=47)	23	340～270	4000・i・s 3タイプ
	〃 7000シリーズ	〃	190 〃	〃	100/3	54×42×45	40	490～420	〃

6. 血液ガス分析装置（Instrument for Blood Gas Measurement）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™SG SG-1220	70	40	電極法	8	200	20×23×33	7.2		
アイ・エル・ジャパン	GEMプレミア3000	135～150	20		9	100/1	30.5×30.7×43.2	13.4	380	
	〃 4000	65～150	〃		15	100/3	30.5×38.1×45.5	20.0	900	

シーメンス HCD	ラピッドラボ 1265	95～200	1検体 60秒以内	電極法，吸光度測定法	15	400	52×54×58	30.8	1,550	カートリッジ式試薬，メンテナンスフリー電極，バイオセーフサンプリング，タッチパネル
	〃 1260	95～150	〃	〃	10	〃	〃	29.5	1,350	〃
〃	〃 1245	35～150	〃	〃	9	〃	〃	30.8	1,150	〃
	〃 1240	35～100	〃	〃	4	〃	〃	29.5	950	〃
〃	Rapidpoint 400	100～200	〃	〃	9	150	55×30×42	15.5	600	電極，試薬一体型カートリッジ
	〃 405	〃	〃	〃	14	〃	〃	〃	800	〃 CO オキシメーター付
〃	ラピッドラボ 348	40～95	1検体 45～90 秒	〃	8	80	38×38×37	13	700	ボンベ内蔵，透析液測定モード付
	〃 248	60～85	〃 45～120 秒	〃	4	〃	38×32×37	9	500	小型，計量，静音設計
シスメックス	OPTI CCA TS	最少 125	120 秒以下	蛍光測定 光吸収，反射率	9	110 以下	36.2×23×12	5.5		
常光	アーマ 2000	180	60	ディスポカートリッジ	20	充電式バッテリー	24×29×13	2.4		ポータブル型ガス 製造販売業者：平和物産(株)
テクノメディカ	GASTAT-600	100	30	電極法	4	100/1.5	36.6×47.1×48.7	15	300	pH，pCO_2，pO_2，Hct
	〃 -601	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	400	〃 (パソコン内臓)
〃	〃 -602 i	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃	600	pH，pCO_2，pO_2，Hct，Na，K，Cl，Ca
	〃 -603 ie	〃	〃	〃	10	〃	〃	〃	800	pH，pCO_2，pO_2，Hct，Na，K，Cl，Ca，Glc，Lac
〃	〃 -604 ox	130	20	〃	13	〃	〃	〃	900	pH，pCO_2，pO_2，Na，K，Cl，Ca，tHb，FO_2Hb，FHHb，FCOHb，FMetHb，sO_2
	〃 mini	50	15	センサーカード式	6	100/1	23×10×7	1.2	150	携帯型でプリンター内蔵
ノバ・バイオメディカル	SP-CCX	60～210	23～38	電極法	19	400	56.7×43.7×43.8	27.3	1,380	
	〃 -pHOx+	50～110	50	〃	11	200	38×38×30	8.2	680	
扶桑薬品工業	アイ・スタット 300 F	40～100	20		12	9Vリチウム電池専用充電地	7.6×23.6×5.8	0.575~0.590	150~160	専用カートリッジ使用により 1～8 項目同時測定
ラジオメーター	ABL 800 FLEX システム	35～195	21	電極法	18	250	70×53×55	33.9		
	〃 5	35～85	30	〃	3	60	34×20×39	8.6		
〃	ABL 80 FLEX システム	70		〃	9	130	22×28×40	8.5		
ロシュ・ダイアグノスティックス	血液ガス，電解質分析装置 Roche cobas b 121	68	30	電極式	10	150 以下	35.4×41×46.7	約 17	650	
	Roche cobas b 221 〈3〉	112/148	31	〃	11	100/2	51.2×58.7×54.9	48	1,100	
〃	〃 〈4〉	〃	〃	〃	17	〃	〃	〃	1,250	
	〃 〈5〉	172/210	30	〃	14	〃	〃	〃	1,200	

〃	〃〈6〉	〃	〃	〃	20	〃	〃	〃	1,350	

7. 全自動電気泳動装置（Full-Automatic Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス	AES320	25～50	60		100/10	98×67×148	220		
	〃 630	〃	165		100/20	140×70×150	280		サンプリングステーション付有
常光	CTE-880	25	65	セレカー VSP シーメル J	〃	92×77×150	250		80,000 検体メモリ
	〃 -2800	〃	100	〃	〃	〃	〃		〃
〃	〃 -9800	〃	266	〃	〃	117×86.7×150	〃		〃
ヘレナ研究所	エパライザ 2	30	30～80	クィックジェル	100/ 6	80×65.5×55.5	70		アイソザイム，脂質，蛋白分画が全自動．バッファー用意不要
	REP	50	60～90	REP 用ジェル	100/20	91×75×147	170		高電圧で泳動可能
〃	SPIFE 3000	15	6	SPIFE 用ジェル	100/15	85×58×30	35		IFE（免疫固定法）専用機器

8. 電気泳動装置（Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
常光	電子冷却 ECP-10			寒天 アガロース	100/2	31×41×20	15	35	
	等電点 E セット			セパラックス EF	100/1	30×30×10	2	14.5	
バイオ・ラッドラボラトリーズ	パルスフィールド電気泳動装置 ジーンパスシステム		2	アガロースゲル	1 K	電源部 48×43×17.5 泳動槽 44.2×50.3×11.4 冷却槽 23×42×24 ポンプ 16×18×12	10 10.2 14 29	380	CHEF 方式

9. デンシトメータ装置（Densitometer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	OD 測定範囲	記録方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	数値	感熱他	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ヘレナ研究所	EDC			0～4.0	PC 経由印刷	100/6	80×76.2×142	108		可視光・蛍光の測定が可能 PC 接続による多機能デンシトメーター
	クィックスキャン			0～2.1	〃	100/2	52×55×18	15		可視光測定用デンシトメーター

10. 高速液体クロマトグラフィー装置（Instrument for High Performance Liquid Chromatography）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	アダムス™エーワンシー HA-8170	4	40	320	53×53×53	44		
シスメックス	D-10 システム	全血 5	20	180	40.2×47.6×53.4	35		
東ソー	自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G8	3	60	180	53×52×48(90 SL 時)	34(90 SL 時)		
	全自動カテコールアミン分析計 〃 -725CA II		3	500	68×60×78*	90*		*分析部のみ
日本ケミファ	HLC-723GHb V	3	27	100	55×58×50	72	お問い合わせ下さい	
	〃 -723G7	〃	50	160	53×55.5×48.2(90 SL 時)	49.5(90 SL 時)	〃	290 SL タイプも有り
〃	〃 -723G8	〃	60	180	53×51.5×48.2(90 SL 時)	34(90 SL 時)	〃	290 SL，100 SL-GA タイプ有り
日本電子	JLC-500 Amino Tac	1～200	加水：18 分 生体：60 分	1.2 K	95×75×90	250	1,800	アミノ酸自動分析機

11. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	オートチューブ丸底	オートチューブ丸底は，自動化学会推奨サイズ(13φ75mm)の試験管で，バーコードを貼りやすい設計になっております．					
	オートチューブ・スピッツ	オートチューブ・スピッツは，丸底タイプと同様の仕様で，少量検体にも対応出来るようにスピッツタイプになっております．					
アロカ	ルミネッセンスリーダ AccuFLEX Lumi400	生物化学発光測定装置(活性酸素，ATP，白血球貪食能・抗酸化能などの測定)	約 100	本体約 26×36×25 分注ユニット約 16×20×20	約 10 約 4.3	168	
イワキ	ダイレクトポンプ RD	特長：小型・軽量・低騒音・低発熱設計な，キャンド式の小型渦巻きポンプ	28.8	7.8×8.8×7.55	0.4	2.5	
	エアーポンプ APN	クリーンな吸気・送気が可能なダイヤフラム式エアーポンプ	15	8.6×9.4×7.8	0.5	2.2	
〃	エアーポンプ APN-W	エアー混入液移送が可能なダイヤフラム式エアーポンプ	11.5	4.0×8.0×5.5	0.21	2.1	
	マグネットギヤポンプ MDG	Max.95℃の高温液対応可能なシールレスギヤポンプ	24	9.0×15.4×8.05	1.2	8	
〃	定量ポンプ V	バルブレス構造でエアーロックのない高精度な定量ポンプ	5.8	16.1×5.2×6.0	1.1	12	

東京貿易機械	ダイヤフラムポンプ TSDP-5, 10, 20	気液混合流体の吸引に最適					特注可能
	プランジャーポンプ TSMP-50～1000	小型・軽量，高精度・高確度，高耐久性					〃

核医学(RIA)機器
免疫血清検査機器

12. ラジオイムノアッセイ装置（Instrument for Radio Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アロカ	オートウェルガンマシステム AccuFLEXγ 7000 シリーズ	〃				7001：350 7010：450	7001 約99×98×142 7010 約133×98×142	7001：約550 7010：約680	1,100~1,300	
セントラル科学貿易	オートマチックガンマーカウンター 4/200	RIA 各種				約200	60×56×52	114	500～	
	〃 10/600	〃				約300	102×60×80	140	780～	10本検出器

13. 酵素免疫測定装置（Instrument for Enzyme Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™バイダス SV-5020	43	項目により異なる	最大36	プレパック方式	180	57.5×55×45	40		
エイアンドティー	全自動化学発光免疫測定装置 MI 02	心疾患マーカー他	5～100	最大400テスト/h	5～100	1.2K	120×70×130	350		
栄研化学	AIA-21	33	10～125	120	パック	1K	98.5×73.5×135	200	2,280	東ソー社製
	〃 -600 II	37	10～100	60	〃	250	81×62×51	72		〃
〃	AIA-360	33	〃	36		〃	40×40×52	29		〃
	〃 -1800 ST	37	〃	180	〃	500	165×93×125	300		〃
〃	〃 -1800 LA	〃	〃	〃	〃	〃	165×110×125	〃		〃
協和メデックス	AP-960	EIA プレート搭載項目	10～200	項目で変動	10～200	100/15	92×76×65	150	1,600	
	AP-96	〃	〃	〃	〃	100/6	59×63×52	80	1,200	
〃	AP-X	〃	〃	マイクロプレート6枚	〃	100/15	130×80×148	360	2,200	
GRIFOLS	TRITURUS	98					105×72×87	120		主にリウマチ関連，血栓関連項目の測定
シスメックス・ビオメリュー	バイダス	感染症，ホルモン，心筋マーカー，他計47項目	項目により異なる	最大90	プレパック方式	100/3	105×53×44	65	1,500	日常のメンテナンス不要
	ミニバイダス		〃	最大36	〃	100/1.8	57.5×55×45	40	480	〃

デイド ベーリング	ベーリング ELISA プロセッサーIII		項目による	項目による	項目による	分析部 450	115×58×60	136	1,980	最大 10 プレート測定
東ソー	自動エンザイムイムノアッセイ装置 AIA-360	38	10～100	36	パック	250	40×40×52	29		
	〃 〃 -600 II	41	〃	60	〃	〃	81×62×51	72		
〃	全自動エンザイムイムノアッセイ装置 〃 -2000ST	〃	〃	200	〃	700	150×91×126	400		
	〃 〃 -2000LA	〃	〃	〃	〃	〃	150×120×126	〃		
日水製薬	AIA-600 II	40	10～100	60		200	81×74×51	70	980	
	〃 -2000 ST	〃	10～125	200		700	150×91×126	400	2,480	
〃	〃 -2000 LA	〃	〃	〃		〃	150×120×126	〃	2,680	
	〃 -360	38	〃	36		250	40×40×52	29	360	
日本ケミファ	アレルギー特異 IgE 測定装置 Diapack2000	54	50	30 テスト/25 分	260～310	500	75×63.5×51	100	お問い合わせ下さい	EIA 法
	全自動酵素免疫測定装置 MI 01	〃	〃	最大 400 テスト/h	〃	1.2 K	120×70×130	350	〃	〃
バイオ・ラッドラボラトリーズ	全自動マイクロプレート EIA 分析装置 Evolis		項目による	項目による	項目による	500	113×76×95	95	1.500	検体分注から測光まで全工程を自動化
	〃 EIA 装置 PhD システム		〃	〃	〃	200	71×56×71	35	900	検体 1 μL から分注

14. 蛍光免疫測定装置（Instrument for Fluorescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	IMX アナライザー	25	150	15～40 分		700	70×63×36	43		
	AxSYM アナライザー	36 以上	83～275	80～120		1.8K	160×85×155	275	1,580	
シスメックス	エルジア・FS1200	23	20～100	180		1.5K	142×80×128	360	1,600	
	HISCL-2000 *i*	12	10～30	180		2K	110×100×136	353		
デイド ベーリング	ストラタス CS	4	70～90	3		400	69×56×46	64	700	心筋傷害マーカー測定専用機
日水製薬	エバネット EV20	22	8～150	18		200	52×47×26	28	350	
フクダ電子	移動式免疫蛍光分析装置 シオノスポットリーダー	BNP					27×25×15	約 2.1	98	
三菱化学メディエンス	LPIA-A700	42	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		

15. ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（Instrument for Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン・コールター	IMMAGE 800	36	3～8	180	21	〃	110.5×64.8×76.2	123		

16. ラテックス凝集反応測定装置（Instrument for Latex Agglutination）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケムDコンセプト™D-01 SD-3810	CRP, RF, HbA_{1c}, 尿中 Alb・Cre(A/C)	50	約6(1検体測定時)	プレパック方式	最大300	40.8×33×13.2	8		
	スポットケム™IM SI-3511	CRP, ASO, HbA_{1c}	〃	4～6(1検体測定時)	〃	100	33×22.4×18.5	6		
ウシオ電機	Banalyst Ace ABM-001	CRP	4	8	20	100/3.15	34×29×27	9.5		
シスメックス	免疫凝集測定装置 PAMIA-50	18	10	120テスト/h		1.05K	105×58.5×79.5	122		
	〃 〃 -40i	〃	〃	70 〃		480	76.5×56.6×58.2	68		
日本光電工業	CRP-3100	CRP	5	12	1 cell	70	13.5×29.0×37.0	7.5	140	全血全自動型 0.2～33 mg/dL
三菱化学メディエンス	LPIA-S500	39	3～50	150	20～300	1K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		
	〃 -A700	42	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
〃	〃 -NV7	47	2～35	200	〃	1K	本体：71×72×50 Uボックス：23×45×38	150		

17. レーザーネフェロメータ（LN）（Instrument for Laser Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	テスト／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
デイドベーリング	ベーリングネフェロメータII	血漿蛋白	10～100	225	40	450	124×63×72	160	2,500	
	BNプロスペック	〃	〃	70	〃	〃	107×63×60	115	950	

18. 免疫比濁測定装置（Instrument for Turbidimetric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	テスト／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
三菱化学メディエンス	LPIA -S500	39	3～50	150	20～300	1K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		
	〃 -A700	42	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
〃	〃 -NV7	47	2～35	200	〃	1K	本体：71×72×50 Uボックス：23×45×38	150		

19. 発光免疫測定装置（Instrument for Luminescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	ARCHITECT *i*2000	36以上	4～150	最大200		4.7K(最大)	173×112×122	522	2,980	
	〃 *i*2000SR	〃	〃	〃		3.0K(最大)	155×125×122	490	3,500	
〃	ARCHITECT *i*1000SR									
オーソ・クリニカル ダイアグノスティックス	ビトロス ECiQ	32	10～80	90テスト/h		200/6 100/12	112×74×130	366	2,145	
オリンパス	AU 3000 i			240テスト/h		200/30	170×144×120	710		
協和メデックス	ADVIA Centaur	30	10～200	240	50～450	220/15	184×105×131	545	3,220	
	〃 CP	15		180			107×74×81	166	2,000	
〃	AP-96 C	2	10～200	96穴マイクロプレート1枚	10～200	100/6	63×74×52	90	1,200	
シーメンス HCD	ACS：Centaur XP	30	10～200	240	50～450	2K	184×105×134	545	3,500	360度ステータスライト，ディスポチップ
	ADVIA Centaur CP	25	〃	180	〃	880	107×74×81	166	2,000	180検体/時の処理能力，省スペースベンチトップ型
〃	イムライズ2000	最大24	5～100	200	項目により異なる	200/6	152×76×119	403.7	2,500	
デイド ベーリング	スフィアライト180	30	10～90	180テスト/h		100/15	125×75×69	230	1,600	

フクダ電子	免疫発光測定装置 パスファースト	BNP, ミオグロビン トロポニンI, CK-MB				360	37.5×57×51	約33	390	
富士レビオ	ルミパルスf(フォルテ)	43	10～140	120	項目により異なる	2K	125×80×150	404	1,950	
	〃 Presto II	38	10～100	240	〃	3.5K	150×82×137	650	2,980	
〃	〃 S	42	10～140	60	〃	580	95×70×60	80	980	
	〃 G 1200	37	〃	120	〃	1.7K	120×80×133	330	2,050	
ベックマン・コールター	Access 2	46		100		100	99×61×47	91		
	ユニセル Dxl 800	〃		400		200	172×96×170	521.6		
〃	〃 600	〃		200		〃	156×96×170	484		
三菱化学メディエンス	イムライズ 1000	最大12	5～100	120	項目により異なる	100/6	114×63×47	113	880	
	〃 2000	〃 24	〃	200	〃	200/6	152×76×119	403.7	2,500	
〃	ACS：Centaur XP	30	10～200	240	50～450	2K	184×105×134	545	3,500	360度ステータスライト，ディスポチップ
	ADVIA Centaur CP	25	〃	180	〃	880	107×74×81	166	2,000	180検体/時の処理能力，省スペースベンチトップ型
〃	パスファースト	最大6	80～100	6テスト/バッチ(17分)	カートリッジ単位	360	37.5×57×51	33	390	
和光純薬工業	Sphere Light Wako	30	10～100	180テスト/h		100/15	101×75×135	450		アロカ(株) 製造販売元

20. 蛍光偏光装置（Instrument for Polarized Fluorecence）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	分／検体	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	TDXFLX アナライザー	27	50～500	15～22		660	70×60×35	49		

21. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	分／検体	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™IL SL-4720	インフルエンザウイルスA/B CRP		5.10.15.20分(項目による)			22.5×21.7×8.3	3		イムノクロマト試薬を差し込むだけの簡単操作で測定可能.

協和メデックス	DM-JACK	3項目選択	～10	180	～250	100/3	42×46×43	25	850	HbA_{1c}, GLu 1,5 AG, GA
	〃 II	〃	〃	〃	〃	100/6	107×70×107	100	1,600	HbA_{2c}, GLu 1,6 AG, GA
〃	〃 Upgrade	〃	〃	〃	〃	〃	43×47×52	33	850	〃
バイオテック	ELISA 用連続分注・洗浄装置 ALCS-2000	本装置はEIA試薬のコーティングにおける，抗原・抗体の分注やブロッキング液の分注が可能で広範囲にわたりコストや労力のかかる作業を全自動で処理する。				110	225×92×54	100		
浜松ホトニクス	イムノクロマトリーダ C 10066	金コロイド発色イムノクロマト試験片の発色強度を短時間に高感度で定量測定が可能です。				12	21.5×23.5×9.2	1.6		
ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス〈E〉	モジュールアッセンブリ方式，電気化学連続発光法				220/20	245×110×114	895		
	〃 〈EE〉	〃				〃	365×110×114	1,350		
〃	〃 〈PE〉	〃				〃	〃	1,300		
	〃 〈EEE〉	〃				〃	485×110×114	1,805		
〃	〃 〈PPE〉	〃				〃	〃	1,710		
	〃 〈EEEE〉	〃				〃	605×110×114	2,260		
〃	コパス 6000 〈601〉	〃				4.6 K	217×104×114	約 620	3,700	
	〃 〈501 | 601〉	〃				〃	309×104×130	約 960	5,700	
〃	コパス e 411 ラックシステム	電気化学連続発光法，卓上型				1.25 K	170×95×80	約 250	2,200	
	〃 ディスクシステム	〃				1.0 K	120×73×80	約 180	1,800	

血液検査機器

22. 多項目血球計数装置（Blood Cell Counter for Multiple Item）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μL	処理能力 検体／h	測定法	測定項目 種類	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	スポットケム™CL SB-1420	30	60	電気抵抗法	18	190	31.5×37×47.5	21		微量血モードあり
	スポットケム™CL SB-1430	55		〃	22	250	38.2×48.5×52	38		〃
アボット ジャパン	セルダインサファイア	117	106	レーザー多角度偏光散乱分離法	32	900	121×81.3×76.2	170.1		CD61，CD3/4/8 測定可
	〃 3700	20～355	60～90	〃	25	1.55K(最大)	76×79×68	131		網赤血球測定可
〃	〃 3200	20～250	60～70	〃	24	800(最大)	48×83×74	105.5		〃
	〃 1800	30	60	電気抵抗法	18	900(最大)	66×53×45	55	600	10,000 検体分の検体記憶容量
〃	〃 ルビー	150～230	68～76	レーザー多角度偏光散乱分離法	24	600	86.4×76.8×49.9	105.2	2,200	血小板のレーザー測定
エイアンドティー	MYTHIC 18 (J)	9.8	60	電気抵抗法	18	50 以下	25×34×35	9		1,500 検体メモリー可能 (USB で追加可能)
	〃 22 OT(J)	16.7	45	〃	22	150 以下	〃	11		〃
シーメンス HCD	ADVIA 2120	175	120	光学法	75	100/15	141×68×86	193	3,700	CSF（脳脊髄液測定）モード標準搭載
	〃 2120 i	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3,800	〃 体液モード搭載
シスメックス	多項目自動血球分析装置 XT-2000i	サンプラモード 150 クロスドモード 150 マニュアルモード 40 キャピラリーモード 40	80	RF/DC 検出方式 フローサイトメトリー法	31	530	53.0×72.0×63.0	76		ネットワーク対応
	〃 XT-1800i	〃	〃	〃	24	〃	〃	〃		
〃	〃 XE-5000	サンプラモード 130 CP モード 200 キャピラリーモード 40	150～113	RF/DC 検出方式 フローサイトメトリー法	32	1K	70.6×53.5×71.1	108.5		
	〃 XE-2100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	134.5		
〃	〃 SE-9000	サンプラモード：250 マニュアルモード：100 キャピラリーモード：40	120	RF/DC 検出方式	23	1.86K	110.8×61.8×72	165		
	多項目自動血球分析装置 自動網赤球測定ユニット SE9000/RAM-1	〃	120～70	〃	28	3.03K	150.8×82×72	204		
〃	多項目自動血球計数装置 K-4500	サンプラモード：200 マニュアルモード：100 キャピラリーモード：40	80	〃	18	600	58×63×60	50		
	〃 SF-3000	サンプラモード：270 マニュアルモード：170 キャピラリーモード：40	〃	フローサイトメトリー法	23	〃	58×73×60	62.5		
〃	〃 KX-21	全血モード：50 希釈モード：20	60	DC 検出方式	18	230	42×35.5×48	28		
	〃 KX-21N	〃	〃	〃	〃	〃	〃	30		ネットワーク対応 チケットプリンタとの接続可能
〃	〃 KX-21NV（動物用）	〃	〃	〃		250 以下	42×35.5×48	〃		
	〃 POCH-100 i	全血モード：約 15 希釈 〃 ：20	約 24	〃	8	約 150 以下	18.5×46×35	約 14		
〃	〃 POCH-100 iv(動物用)	全血モード：約 15	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	自動血球計数装置 F-820	20	86	〃	15	160	38.7×39.7×32.5	20		

〃	〃 F-520	〃	144		5	105	25.2×39.7×32.5	12.5		
	自動網赤血球測定装置 R-3500	マニュアルモード：100 サンプラモード：250 キャピクリーモード：300 クローズドモード：250	120	フローサイトメトリー法	8	2.395K	110.9×82.1×72	134.5		
〃	〃 R-500	50	40	〃	3	550	48×50×60	50		
	多項目自動血球分析装置 XS シリーズ	20	60	〃	24	210	32×40.3×41.3	24		
日本光電工業	セルタック F MEK-8222	55	80	電気抵抗法 レーザー散乱	22	360	61.3×55.0×58.3	55	780	USB ポートで高速データ転送
	〃 E MEK-7222	〃		〃	〃	250	38.2×48.5×52	38	515	静脈血 微量血の選択
〃	〃 α MEK-63 1 8	30	60	電気抵抗法	18	190	31.5×37×47.5	21	385	〃 30 μL/10 μL
	〃 α MEK-6308	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃	355	〃
〃	〃 α MEK-6400	〃	〃	〃	18	120	23.0×45.0×38.3	18	385	キャップピアスユニット内蔵
フクダ電子	エースカウンター FL-250CBC	10	60	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	8	80	30×40×41	16	360	
	動物用自動血球計数装置 LC-152	12	37	〃	〃	150	36×32×42	14	420	
〃	自動血球計数装置 LC-660	10	55	電気抵抗法 比色法	18	〃	26×45×43	17	〃	
ベックマン・コールター	LH 785	550	105	アキュカウントテクノロジー VCSフローサイトテクノロジー	35	2,080	本体 102×61×89 スライドメーカー 75×(W)×53 スライドステイナー 60×76×50	93 41 36		
	〃 780	300	110	〃 〃	〃	1,220	102×61×89	93		
〃	〃 755	550	105	〃 〃	29	2,080	本体 102×61×89 スライドメーカー 75×(W)×53 スライドステイナー 60×76×50	93 41 36		
	〃 750	300	110	〃 〃	〃	1,220	102×61×89	93		
〃	〃 500	185	75	アキュカウント500 テクノロジー VCS 500 フローサイトテクノロジー	26	1,440	62×62×85	95		
	HmX	〃	〃	電気抵抗法 VCS テクノロジー	24	〃	〃	〃		
堀場製作所	ペントラ 60 LC-5000	5DIFF モード 53 CBC モード 130	60	電気抵抗法＋吸光度測定	26	最大 200	44.4×48.1×51.6	35	530	白血球 5 分類測定
	Microsemi LC-660	10	〃	電気抵抗法 吸光度測定	18	〃	26×45×43	17	420	白血球 3 分類測定
〃	ペントラ 80 LC-5501J	5DIFF モード 53 CBC モード 30	80	電気抵抗法＋吸光度測定	26	300	82×57×54	55		白血球 5 分類測定
	Pentra DX 120	200	60-120 (モードによる)	電気抵抗法 吸光度法 DHSS（電気抵抗法＋光透過度法）レーザー誘起蛍光法	45	本体：800 以下（他にレーザー電源ユニット）	本体：117×55×75（他にレーザー電源ユニット）	本体：110（他にレーザー電源ユニット）		網赤血球・赤芽球・白血球系の幼若細胞測定が可能
〃	〃 XL 80	53	80	電気抵抗法 吸光度法 80 DHSS（電気抵抗法＋光透過度法）	26	230 以下	82×57×54	55		高濃度検体は自動希釈して測定

23. 血液凝固測定装置（Blood Clot Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エイアンドティー	CG02	25		粘稠&散乱光方式	PT, APTT, Fib, TB, HPT	DC 24/1.8	23.5×24.1×10.6	3	95	アットウィルより販売
	CG101	6～33	100	散乱光度法	〃					〃
エム・シー・メディカル	KC 1 デルタ	全量法		磁気センサー法	PT, APTT, Fib, 因子他	40	14×21×8	1.2		
	〃 4 〃	半量法		〃	〃	150	35×45×12	6.5		
G R I F O L S	Hemostatis Analyzer	10	60 individual supports		凝固・線溶		50×94×71	80		
シスメックス	CS-2100	PT APTT：50 Fbg, Hpt：10 TTO, XIII：20 外因子定量：5 内因子定量：10	120テスト/h	凝固法, 合成基質法 免疫比濁法, 凝集法	凝固13, 合成基質6, ラテックス比濁5	1,340	77.5×67.5×86.5	100		
	CS-2000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
〃	コアグレックス 800	PT, APTT：50 TT：20 Fib, H：10 ATIII：2.5 FDP：3 DD：10	300	散乱光度法, 吸光度法	凝固13, 合成基質3, ラテックス比濁5	1,100	58×66×119	150	998 (本体のみ)	
	全自動血液凝固測定装置 CA-7000	PT, APTT：50 Fbg, HPT：10 TTO：20 外因子定量：5	500テスト/h	〃	PT, APTT, Fbg, TTO, HPT 因子定量 ATIII, α2PI, PLG, PC, FDP, DDダイマー	1,450	105×62×76.5	145		
〃	CA-6000 〃	PT, APTT：50 Fbg, HPT：10 TTO：20 外因子定量：5 内 〃 ：10	300 〃	〃	PT, APTT, Fbg, TTO, HPT 因子定量 AT III, α2PI, PLG, PC, FDP, DDダイマー	930	87×55.2×86	75		※合成基質，免疫比濁はオプション
	CA-1500 〃	PT, APTT：50 Fbg, HPT：10 TTO：20 外因子定量：5 内 〃 ：10	120 〃	〃	PT, APTT, Fbg, TTO, HPT 因子定量 AT III, α2PI, PLG, PC, FDP, DDダイマー	720	78×78×50	84.5		
〃	CA-550 〃	PT, APTT：50 Fbg, HPT：10 TTO：20 TTO：20 AT III, FDP：10	最大 50 〃	光散乱検出方式 比色法方式	PT, APTT, Fbg, TTO, HPT 因子定量 AT III, α2PI, PLG, PC, FDP, DDダイマー	400	54×49×47	45		
	CA-510 〃	PT, APTT：50 Fbg, HPT：10 TTO：20	〃 〃	光散乱検出方式	PT, APTT, Fbg, TTO, HPT	〃	〃	〃		
〃	CA-530 〃	PT, APTT：50 Fbg, HPT：10 TTO：20 AT III：10	〃	光散乱検出方式 比色法方式	PT, APTT, Fbg, TTO, HPT, ATIII	〃	〃	〃		
	自動血液凝固測定装置 CA-50	PT, APTT：50 Fbg, HPT：10 TTO：20		光散乱検出方式	PT, APTT, Fbg, TTO, HPT, 因子定量		32.8×31×10.2	4		
積水メディカル	コアプレスタ 2000	2～100	最大 400	凝固時間法 合成基質法 ラテックス比濁法	凝固・線溶		67×70×119	170		
日水製薬	エバネット EV 20	8～150	18	蛍光免疫法	FM, FDP, P-FDP, D ダイマー, AT III, PIC	200	52×47×26	28	350	
フィンガルリンク	ROTEM-Gamma	300	4チャンネル	トロンボ エラストメトリー		190	46×40×19.5	16	480	
三菱化学メディエンス	ACL 100	10～50	110(PT-FIB 同時測定)	クロット法	凝固	300	75×63×45	52	180	PT-FIB 1 試薬同時測定
	〃 200	〃	〃	クロット法 発色性合成基質法	凝固・線溶	〃	〃	〃	200	〃
〃	〃 8000	〃	175(PT-FIB 同時測定)	クロット法 発色性合成基質法 ラテックス凝集法	〃	350	92×60×60	63	780	〃 ランダム測定
	〃 9000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	880	〃

〃	〃 10000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	920	〃
	Elite Pro	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	940	〃
〃	ACL Advance	〃	240(PT・FIB同時測定)	〃	〃	300	104×63×59	84	1,100	〃
	〃 TOP	〃	360(PT・FIB同時測定)	〃	〃	330	151×76×73	150	1,880	〃
ロシュ・ダイアグノスティックス	STA-R Evolution	25～200 5 μL 毎可変	最大 300	ビスコシティ・ディテクション方式	凝固時間合成基質免疫比濁	230/11	121×82×125	200		寸法・重量は本体のみ
	STA Compact	25～200 5μL 毎可変	150	〃	〃	100/15	98×66×64	125		〃
和光純薬工業	COAG 2	25		粘稠&散乱光方式	PT,APTT Fib,TB,HPT	100/1.8	24×24×11	3	95	(株)エイアンドティー製造販売元

24. 血小板凝集測定装置（Instrument for Platelet Aggregation Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイエスケー	WBA Neo ISK-1	200×4		SFP	100/3	25×50×43	20		オプション：データーアナライザー
エム・シー・メディカル	MCM ヘマトレーサー 712	100/200	12	透光度法	180	52×40×22	15		
	〃 704	200	4	〃	75	31×19×13	3.5		
興和	PA-20	300	2	レーザー散乱光、LED 濁度法	100/2	41×33×13	8.5		
	〃 -200	〃	4	〃	〃	55×32×15	14		
フィンガルリンク	WBA 591	500(全血)	1	インピーダンス法	55	33×22.8×15	5.9	98	全血測定　簡易タイプ
	〃 592	〃	2	〃	120	38×33×15	8.2	180	〃
〃	490-2 D	500 or 250 (PRP)	〃	Born 法	100	33×44×15	11.5	206	PRP 測定
	700-2	500(全血)/500 or 250(PRP)	〃	インピーダンス法/Born 法/ルミネッセンス法	150	36×46×22	18	540	全血/PRP/ATP 放出　測定

25. 赤血球沈降速度測定装置（Instrument for Erythrocyte Sedimentation Rate Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		mL			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エム・シー・メディカル	ベスマティック 60	1.0	60	ウェスタグレン変法	100	56×32×27	17		
	〃 20	〃	20	〃	60	40×27×27	18		
〃	〃 EASY	〃	10	〃	18	14×15×22	1.2		
	〃 30	〃	30	〃	65	51×50×35	20		

常光	モニター 100	1.28	100	レート法	100/1	29×44×18	7		バーコードリーダー
	〃 40	〃	40	〃	〃	33×31×20	5		〃
〃	〃 20	〃	20	〃	〃	29×26×18	4		〃
	〃 12	〃	12	〃	〃	24×26×20	3		
テクノメディカ	ESR -quick 15	1.8	15	CCD カメラ画像処理	100/3	39×43×29	25	160	従来の 2 時間値を 30 分で測定。真空採血管ダイレクト法
	〃 -6000BP	〃	60	国際標準法	〃	53×35×43	〃	300	バーコード対応
〃	〃 -1000	〃	10	〃	〃	32×17×47	11.5	48	
	Quick eye	1.12	20	CCD カメラ透過法	100/1.5	39×45×28	12	230	1 時間値を 20 分で測定 結果は沈降カーブによるパターン表示
東洋紡績	ベスマティック 20	1.0	20	ウェスタグレン変法	60	40×27×27	18		
	ミニベス	〃	4	〃	9/0.3	38×46×13	17		
〃	ベスマティック 30	〃	30	〃	65	51×50×35	20		
フィンガルリング	Roller 20	150 μL	同時測定 18 検体	Rhotometrical Capillary stopped flow Kinetic analysis	100	32×56×58	23.2	210	EDTA 血使用，LIS 対応

26. 血液標本自動作製装置（Auto Preparing Instrument for Blood Sample）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	セルダインエスエムエス	30～200	80～120	1.5K	84×89×71	120		ウェッジ法
シーメンス HCD	ADVIA オートスライド	75	120		91×70×50	60	1,200	
シスメックス	塗抹標本作製装置 SP-1000*i*	200	120	650	87×86×66	100		
	遠心塗抹装置 HEG-NSP	〃			19×43×23 (閉蓋時)	20		ヒトおよび実験動物の血液塗抹標本の作製，スピナー法，4,700 rpm
〃	自動染色装置 HEG-NST				44.6×62×40	33		ライト染色，メイギムザ染色や他の染色が可能，タイマー 0～99 分 59 秒可能，染色槽：3 槽，洗浄槽：1 槽

27. 血液像自動分類装置（Instument for Blood Cell Differentiation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
シスメックス	血液細胞自動分析装置 MICROX HEG-50S		50		自動顕微鏡ユニット 50×55×47	80		
	血液像自動分析装置 HEG-L		80	400	自動顕微鏡部 40.4×44×71.8	73		

28. 細胞分類装置（Instrument for Differential Cytology）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン・コールター	Cytomics FC 500	指定なし	120	レーザーフローサイトメトリー	同時5カラー	3K	90×74×61	80	1,650～	5カラー，オートサンプラ内蔵

29. 全自動輸血検査装置（Fully Automated Pre-transfusion Blood Testing System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス	ID-Gelstation	10～50	30カード/時		100/3	100×60×650	87		
オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	オーソ・オートビュー Innova	血漿40 3%赤血球浮遊10	48(ABD血液型) 36(不規則抗体スクリーニング)	ABD Screen 等	1.15K	140×75×92	230	2,100	

30. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイエスケー	プラビーズ・カラム	2.5 mL		コラーゲンビーズカラム法		ラージサイズビーズ			血小板粘着能測定用
	〃 ・PAG	〃		〃		スモールサイズ〃			〃
〃	ISK シリンジポンプ	可変式			100/2	23.8×17×15.6	3.7		プラビーズカラム及びラボ用
オリンパス	ID-Micro Typing System	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型のマイクロタイピングシステムです。							

シスメックス	血液分類計数器 LADIC-12	測定項目：白血球 12，赤血球 12 測定法　：顕微鏡目視手入力				17×25×12	1.5		RS232C接続可能
	骨髄像分類計数装置 LADIC-300	測定項目：血液像 12，骨髄像 48，記憶検体データ最大 6 万件，時系列データ表示 測定法　：顕微鏡目視手入力				30×25×10	7		〃
フィンガルリンク	C-Chip(NI Grid) DHC-N 01	10 μL	2 チャンネル/1 枚		包装単位 50 枚/箱	75×25×1.6(mm)		2.0	(使い捨て血球計算盤) 測定部厚み 0.1 mm
	C-Chip(FR Grid) DHC-F 01	20 〃	〃		20 〃	〃		0.8	(　〃　) 〃　0.2 mm
〃	C-Chip(NI & FR Grid) DHC-NF	15 〃	〃		各 25 〃	〃		2.0	(　〃　) 測定部厚み NI：0.1 mm　FR：0.2 mm
	C-Chip(BT Grid) DHC-B 02	10 〃	〃		20 〃	〃		0.8	(　〃　) 測定部厚み 0.1 mm
〃	赤血球変形能測定装置 Rheo S can D	5 〃	1　〃	スリットフロー エクタサイトメトリー	190	46×40×19.5	10	400	使い捨て測定セル 微量サンプル測定
フクダ電子	自動血球計数 CRP 測定装置 FL-278CRP	CBC 8 項目＋CRP 定量 測定方式：WBC，RBC，Hct，PLT：電気抵抗法 Hgb：シアンメトヘモグロビン法 CRP：ラテックス免疫比濁 rate 法			150	30×40×41	18	488	
〃	自動血球計数 CRP 測定装置 LC-178CRP	白血球 3 分類含む CBC 18 項目＋CRP 定量 測定方式：上記に同じ			150	30×40×41	18	530	
	自動 CRP 測定装置 LT-128	CRP 定量。測定方式：ラテックス免疫比濁 rate 法			100	29×41×41	〃	288	
〃	呼気中$^{13}CO_2$分析装置 POCone	測定項目：呼気ガス中の$^{13}CO_2$比率の変化量 測定方法：非分散赤外方式			200	22×36.1×27.2		96	
和光純薬工業	マイクロタイピングシステム ID-GelStation	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型の全自動マイクロタイピングシステムです			300	100×60×65	85 本体のみ	1.850	オリンパス㈱製造販売元
	〃 カード用遠心機ID-Centrifuge 24S	〃			100	37×41×17	12	68	〃
〃	〃 カード用遠心機ID-Centrifuge 6S	〃			60	27×31×17	6.7	40	〃
	〃 カード用恒温機ID-Incubator 37S I	〃			200	31×34×19	6	32	〃
〃	〃 カード用恒温機ID-Incubator 37SII	〃			〃	36×42×21	9	68	〃
	〃 自動遠心判定機 ID-Reader SA	〃			100	46×52×33	68	550	〃

細菌検査機器
尿検査機器
病理検査機器

31. 微生物分類同定装置（Instrument for Bacterial Identification）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
デイドベーリング	マイクロスキャン WalkAway 96Plus	比色法，蛍光法		1.25 k	97.8×86.4×94.0	182	3,300	同定/感受性同時又は個別測定
	〃 40Plus	〃		〃	97.8×86.4×73.7	170	2,000	〃
〃	〃 autoSCAN-4	比色法		120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
日水製薬	RAISUS	蛍光/比色法		1K	84×90×127	180	1,500	
日本ベクトン・ディッキンソン	BD フェニックス	比色法，比濁法， 蛍光法		100/12	112.5×74.5×105.9	151.4	1,680	同定／感受性同時測定

32. 感受性試験装置（Instrument for Bacterial Sensitivity Test）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	薬剤形態	MIC 測定	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h		可・否	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
シスメックス・ビオメリュー	バイテック2コンパクト30	比色				100/5	72×68×60	75	890	
	〃 60	〃				〃	〃	〃	1,500	迅速報告，同定感受性試験結果自動検証システム(AES)を搭載
〃	バイテック2 ブルー/バイテック2 XL	〃				(バイテック2) 100/5	(バイテック2) 100×71×67	(バイテック2) 100	(バイテック2) 1,800	〃
	ミニアピ	比色及び比濁法				100/2	43×46×35	25	450	
デイドベーリング	マイクロスキャン Walk Away 96Plus	比色法，比濁法		ドライパネル	可	1.25 K	97.8×86.4× 94.0	182	3,300	同定／感受性同時又は個別測定
	〃 40Plus	〃		〃	〃	〃	97.8×86.4× 73.7	170	2,000	〃
〃	〃 auto SCAN-4	比色法，比濁法		〃	〃	120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
日水製薬	RAISUS	蛍光/比色法		乾燥プレート	可	1K	84×90×127	180	1,500	
日本ベクトン・ディッキンソン	BD フェニックス	比色法，比濁法， 蛍光法		ドライパネル	可	100/12	112.5×74.5× 105.9	151.4	1,680	同定／感受性同時測定

33. DNA・RNA 測定装置（Instrument for DNA・RNA Analysis）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
シーメンス HCD	バイエルルミノメーター HC+	TMA (化学発光測定)	94検体/5時間	40	45.72×66.67×45.72	19	1,088 (機具一式)	TMA 定性分析用装置
シスメックス・ビオメリュー	ニュークリセンス Easy Q	リアルタイム NASBA 法	48 検体/1.5 h	200	42×42×22	20	480	RNA を等温増幅する NASBA 法とモレキュラービーコンによるリアルタイム検出装置
東ソー	TRCR リアルタイムモニター TRCRapid-160	TRC 法	16 サンプル/ バッチ	250	35×32×24	17		転写酵素と逆転写酵素の協奏反応による RNA 増幅・検出法
ロシュ・ ダイアグノスティックス	COBAS AMPLICOR	遺伝子増幅		0.8K	86×57×90	75	980	PCR 検査用自動測定装置
	MP-12	DNA ハイブリダイゼーション	12	100	38×64×55	47	750	自動核酸抽出機
〃	コパス Taq Man	遺伝子増幅		1.2K	114×75×95	237	2,100	リアルタイム PCR 検査用自動測定装置
	〃 Ampli Prep	DNA ハイブリダイゼーション		〃	165×74.5×93.5	310	1,100	自動核酸抽出機
〃	〃 Taq Man 48	遺伝子増幅		0.6K	45×75×50	55	700	リアルタイム PCR 検査用自動測定装置

34. 核酸抽出装置（Nucleic Acid Extractor）

会社名	商品名 型式名	サンプル (種類)	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アボットジャパン	Abbott *m* 2000 sp 自動核酸抽出装置	血清・血漿	24～48	磁性粒子 抽出法	1.2K	176.5×79.4×25.4	314	お問い合わせ下さい	全自動，各種検体可(専用 DNA・RNA 抽出試薬により高純度核酸抽出可能)
シスメックス・ビオメリュー	ニュークリセンス MINI MAG	血しょう，血清，喀痰，便，その他	12/0.75 h	磁性シリカによる BOOM 法		43.8×11.4×15.3	3.6	80	DNA/RNA 同時抽出，高収量・高純度，コンパクト
	〃 easy MAG	〃	24/0.6 h	〃		100×65×53	125	960	共通試薬とプロトコールで種々の検体から同時に核酸抽出
バイオテック	核酸抽出装置 AGE-96	全血		ビーズ法抽出	400	70×75×75	80	850～	96 cH 同時処理，コンパクトサイズ，全自動
プレシジョン・システム・サイエンス	Magtration System 12 GC Plus	全血，組織など	12 検体/30 分		240	50.0×53.4×57.4	55	410	UV ランプ付，バーコードによる検体管理システム(オプション)
	〃 BA-X	〃	5 検体/40 分			26.0×45.0×55.0	26	100	最大全血 3 mL からの Genome DNA 抽出

35. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アジア器材	4 cc スポイト L	バイオハザードの恐れのある検体を，より安全に，より確実に検体処理が行えます					
	15 mL スクリュースピッツ	DNA 測定検査などの，前処理容器として使用できます					
シスメックス・ビオメリュー	バクテアラート 3D	連続モニタリングシステムによる血液・抗酸菌培養装置，検出原理は CO_2 産生による色調変化により検出	100/10	85.2×61.7×91.4	160	980	同時測定可能検体数：240 検体
	〃 コンビネーション	〃	100/6	49.6×62.2×78.1	90.7	580	〃　：120 検体
〃	バクテアラート 3 D 60	〃	〃	58.8×49.7×60.9	41	240	〃　：60 検体
セントラル科学貿易	エアーサンプラー RCS	空中浮遊菌を定量的に分析する採取装置		4×4×33.5	1.1	29.8～	
	ANOXOMAT 嫌気培養システム	・オランダで 90 %の市場占有率を誇る． ・最大 4 個まで嫌気培養ジャーを接続可能． ・各ジャー毎に独立して培養条件を設定可能．	473	32×55×27.5	32	120～	
和光純薬工業	トキシノメーター MT-5500	エンドトキシン及び(1→3)-β-D-グルカンの測定が同時に行え，グラム陰性菌及び真菌による感染症の迅速診断に有用です．	100/2.2	35×42×35.6	13	280	

36. 浸透圧計（Osmotic Pressure Manometer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	サンプル量	測定範囲	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h	μL	mOsm／kg	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オズモステーション™ OM-6060	20～30	200 以上	0～2,000	160	32×35.5×34	19		

37. 尿分析装置（Urine Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	定性・定量の区別	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オーションマックス™ AX-4030	225	定性	13	150	53×53×53	41		演算項目 P/C 比
	ポケットケム™UA PU-4010	50	〃	12	単三電池×2	12.4×8.1×3.6	0.18		演算項目 A/C 比，P/C 比
〃	オーションイレブン™ AE-4020	514	〃	13	45	21×32.8×16.4	3.6		〃
栄研化学	US-1000	180	定性	10	60	30.0×32.5×13.1	3	98	テラメックス社製
	〃 -2200	720	〃	〃	100	40.0×38.5×25.5	10	250	〃
〃	〃 -3100 R plus	276	〃	〃	200	60×75×58	49	790	〃
	〃 -3300	411	〃	〃	〃	62×116×58	64	980	〃
協和メデックス	尿分析装置 UR-S 600	600	定性	9	80	34×35×23	12	280	
シーメンス HCD	クリニテックアトラスXL	225	定性/微量アルブミン・クレアチニン	14	100/3.5	72.4×65.5(5)66.0	86.5	985	色調・混濁測定可，アルブミン指数を自動計算
	〃 アドバンタス	500	〃	〃	72	39×35×32	7.2	240	オートスタート式日本語カラータッチスクリーン
〃	〃 ステータス	60	〃	〃	100/0.3	17.1×27.2×15.8	1.6	12.8	小型で初のタッチパネル
シスメックス	URISYS2400 尿自動分析装置	最大 240	定量	比重，pH，尿糖，蛋白質，潜血，ビリルビン，ウロビリノーゲン，ケトン体，亜硝酸塩，白血球，ブドウ糖，クレアチニン，微量アルブミン，混濁	200	53×65×67	85		
	Urisys 1800 尿自動分析装置	最大 600	〃	濁度以外上と同じ	60	42.5×37.5×36	11		
テクノメディカ	UA・ROBO-700 *i*	180	定性	13	100/6	81×111×128	200	1,590	尿検査の前処理と尿定性分析を全自動で行います。
和光純薬工業	プレテスター RM-805	300(最大)	定性	18	100/0.5	28×21×10	2.8	65	小型尿検査装置
	〃 RM-6050	600(最大)	〃	〃	100/1	41.5×45×39	25	245	尿化学分析装置

38. 尿沈渣分析装置（Urine Sediment Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力 検体／h	測定原理	サンプル量 μL	分類項目 数	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	オーションアイキュー™ IQ-5210	60	フローサイトメトリー法	約 1000	自動分類13	最大 565	本体：53×61×57	本体：42.5		
							パソコン：25×43×43	パソコン：12.5		
シスメックス	全自動尿中有形成分分析装置 UF-50	50	フローサイトメトリー法	約 800	5	2.18 K	48×56×70	55		
	〃 UF-110 *i*	100	〃	〃	〃	2.5 K	60×61×71	68		
〃	〃 UF-1000 *i*	〃	〃	〃	〃	500	58×68.7×61.5	67		
東洋紡績	U-SCANNER II	100	顕微鏡画像解析	約 120	5（詳細分類一部可能）	1 K	70×69×57	80		ラック搬送ユニット含む

39. 便潜血測定装置（Automated Fecal Occult Blood Analyzer）

会社名	商品名 型式名	分析法（測定法）	処理能力 検体／h	測定原理	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
栄研化学	OC センサー μ	ワンステップレイト法	80	ラテックス凝集	150	32×53×42	26	300	多摩精機社製
	〃 neo	〃	250	〃	500	63×60×58	70	698	アロカ社製
〃	〃 DIANA	〃	280	〃	〃	63×56×56	60	〃	〃
協和メデックス	HM-JACK	テラックス凝集法	180	〃	100/3.2	55×50×50	45	450	
	〃 Plus	〃	〃	〃	100/2.8	50×53×49	30	650	
シスメックス	ヘモリアス 200	比色法	180	ラテックス免疫比濁法	150	50×61.5×45.4	35	430	
和光純薬工業	FOBITWAKO	金コロイド比色法	250	金コロイド比色法	最大 820	62×60×57	65	580	
	QUICK RUN	〃	10 検体/16.5 分	〃	100/1.2	24.5×30×30.5	11	94	便潜血小型精密分析装置 尿中髄液中総蛋白測定可

40. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アジア器材	12 mL 沈渣スピッツ	12 mL 沈渣スピッツは，各種尿検査器械に対応し，バーコードの貼りやすい設計になっております．					
	11.5 mL 沈渣スピッツ	〃					

41. 自動組織細胞染色装置（Automatic Tissue Staining Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理工程槽	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数	数／回	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
協和メデックス	Opti Max Plus	40	40枚/1回2時間	100/4	122×61×69	76	980	
	i6000	60	60枚/1回3時間	100/3	98×61×46	53	1,200	
ダコ・ジャパン	ダコ Autostainer plus	最大64バイアル	48スライド/回		102×69×61	63.5		試薬ドロップディスペンサー方式
	〃 Plus Link	最大42バイアル	〃		〃	〃		〃
〃	ダコ Artisan	最大50パック	〃		75×60×50	51		特殊染色システム

42. 画像処理装置（Image Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目数	画素数	モニター（インチ）	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		種	画素	カラー／モノクロ	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
シスメックス	血液細胞画像ファイリングシステム LAFIA	最大 80,000枚	有効画素数：768×494(R,G,B)	17インチ フルカラー	合計：約1K以下	本体22×45×41(変更あり)	合計：100以下		CL/SV型により，Webブラウザでの画像参照等が可能

43. 画像撮影装置（Image photographic System）

会社名	商品名 型式名	検出方式	画素数	励起光	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				nm	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
バイオ・ラッドラボラトリーズ	ゲルドキュメンテーション解析システム ゲルドックXR	CCDカメラ	1360×1024	302 UV	400	60×36×96	32	300	

44. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	マルチトランスチューブ	スライドガラスの輸送ケースで，アルコール固定などの固定容器，特殊染色容器としても使用できます．					
常光	自動固定包埋装置 Histra-QS	処理工程：9，処理能力：20カセット/回	100/12	56×50×66	60		超音波を利用し短時間化を実現
	迅速脱灰・脱脂・固定装置 Histra-DC	脱灰，脱脂，固定の処理が従来の1/5〜1/6の時間で処理が可能．	〃	40×37×34	20		〃

ダコ・ジャパン	免疫組織化学染色用前処理システム PT Link	前処理タンク：2タンク スライド収容枚数：48枚 Autostainer スライドラックで，2スライドラックを1タンクに収容可能		26×65×26	12		前処理(脱パラ，親水化，抗原賦活処理)の簡略化，安定した染色性の提供

生理機能検査機器

45. 呼吸機能自動検査システム（Automatic Respiratory Function Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目	検出方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
フクダ電子	電子スパイロメータ SP-350 COPD	COPD 重症度ステージ解析機能 測定方法；スクリーン型ニューモタコ方式						
	多機能電子スパイロメータ SP-770 COPD	COPD 解析機能 測定方法；上記に同じ						

46. 超音波膀胱容量測定装置（Device for Bladder Volume Measurment）

会社名	商品名 型式名	測定項目	検出方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
シスメックス	ブラッダースキャンシステム BVI 6100	膀胱容量	超音波法	3.8 V リチウムイオンバッテリー		0.309		
	ブラッダーマネージャー BVI 3000	〃	〃	13.2 mW 〃	23×32×7	7.3		

47. 超音波骨密度測定装置

会社名	商品名 型式名		消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
古野電気	超音波骨密度測定装置 CM-200	小型で持ち運び可能であるので骨検診等のスクリーニングにも適しています．測定指標：SOS，測定時間：10 秒，測定精度％CV：0.5％以下（ファントム測定時）	60	51×30×21	11	お問合せください	

システム

48. 臨床検査システム（Computer System for Clinical Laboratory）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分析	ホスト／ サーバ CPU	データ 入力方式	端末台数	オンライン 分析計台数	検査項目数	データ 保存日数	メーカー 希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	メックネット™コアラボ	生化学，血清，血液，尿	Windows 2000 Server	オーダリング，キーボード	別途相談	任意	制限なし	ディスク容量による		臨床検査システム
	〃　ミニラボ	〃	WindowsXP	〃	1～4	～8	〃	〃		データ管理システム端末
〃	〃　ケアラボ	〃	〃	〃	1～3	〃	〃	〃		クリニック用データ管理システム
	〃　SMBG Viewer	血糖	Windows 2000，XP	メーター接続キーボード						医療機関向け血糖値管理ソフト
〃	synergy（シナジー）		〃	キーボード						診療データファイリングシステム，フリーウェア
アイテック阪急阪神	MELAS-i（検体）	生化学，血清，血液，尿一般	Windows	オンライン，K/B，OCR，OMR他	1台～	1台～		ディスク容量による	250～	
	〃　（細菌）	細菌	〃	〃	〃	任意		〃		単独での導入も可能
〃	〃　（輸血）	輸血	〃	〃	〃	〃		〃		〃
	〃　（生理）	生理	〃	〃	〃	〃		〃		〃
〃	Path Mate	病理	〃	〃	〃			〃		
	検査結果web参照システム	臨床支援	〃					〃		
〃	TOHMAS-i	健診	〃	オンライン，K/B，OCR，OMR他	1台～	任意		〃		
	〃　Followup	〃	〃	〃	〃			〃		単独での導入も可能
〃	感染制御支援システム	感染制御	〃		〃			〃		〃
エイアンドティー	検体検査 CLINILAN LRP Suite/GL-2	生化学，血液，血清，一般，RI，	Xeon	オーダーエントリ OMR，OCR，用手法	1～	任意	999999	任意		検査業務システム
	輸血検査・製剤管理 〃　/BT	輸血	〃	〃	〃	〃	9999	〃		〃
〃	細菌検査 〃　/MB	細菌	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃
	病理検査 〃　/WebPath	病理	〃	〃	〃		〃	〃		〃
〃	検査室管理支援 〃　/LM	生化学，血液，血清，一般，RI，細菌	〃		〃					在庫管理・ コスト管理支援システム
	臨床検査情報ブラウザ CLINIWeb-2	〃	〃		〃					検査結果参照・ 検査状況参照システム
〃	個別検体データ検証 CLINIEEL Zone-2	生化学，血液，血清	〃		〃					検査業務支援システム （精度管理）
	感染症コントロール CLINILAN LRP Suite/ICS	感染症	〃	オーダーエントリ 用手法	2～	任意	9999	無制限		感染症管理業務
〃	検査情報リファレンスデータベース CLINILAN RefDB	生化学，血液，血清，一般，RI，細菌	〃		1～					検査情報支援システム

エクセル・クリエイツ	臨床検査システム FORZ	生化学，血液， 血清，一般		オーダリング			9999		200～	
	健診システム 〃	人間ドック，一 般，特定健診		OCR 他			〃		300～	
〃	画像ファイリングシステム 〃	顕微鏡，エコ ー，X 線他		DICOM, JPEG 他					200～	
	在庫管理システム 〃	物品消耗品		バーコード スキャナ					〃	
オ　ネ　ス　ト	ハートレー HARTLEY	生化，血清， 血液，一般	P4,2.8G 以上	オンライン,K/B,マウス バーコードリーダなど	1 台～	任意	999,999	無制限 DISK 容量次第	200～ 3,000	直感的な画面遷移でフレキシブル！ 各種アラート機能を装備
	感染管理支援 ICTweb	感染対策	〃	オンライン,K/B,マウス など				〃	300～ 3,000	院内感染対策に有用な情報を視覚的に提供するシステム
〃	アスティ ASTY	一般細菌， 抗酸菌	〃	オンライン,K/B,マウス バーコードリーダなど	1 台～	任意	999 or 9999	〃	150～ 1,500	200 施設以上の導入実績を誇るシステム
	フィルス Phyls	生理	〃	〃	〃	〃	999,999	〃	150～ 2,000	オーダエントリシステムとも連携可能な安価なシステム
〃	ルーバ RhoOBA	輸血関連 交差適合	〃	〃	〃	〃	〃	20 年以上 DISK 容量次第	150～ 1,500	同種血に限らず，血漿分画製剤や自己血の管理も可能
キーウェアソリューションズ	Medlas 21+	検体検査	1	KB，OCR	1 台～	1 台～	MAX 99999	3 年以上	350～	
	〃　-SHIPL								300～	
小林クリエイト	臨床検査システム SIMS	生化学,免疫学 血液学,尿一般	Pentium	オンライン,キー ボード,OMR 等	任意	任意	～9,999	ディスク容 量による	別途見 積り	
	検査報告照会システム TRAS		〃	Web ブラウザ	数十台		〃	〃	〃	Web サーバー：IIS イントラネット対応
シーメンス HCD	BAY-URINA システム	尿定性，定量， 沈渣	ペンティアムIII 700 MHz	オンライン キー入力	MAX5 台	2	70	約 1 年間 HDD 容量による	285～	
シスメックス	臨床検査情報システム SIS シリーズ	血液，凝固， 尿一般	Pentium III 550 MHz 以上	キーボード， マウス	別途ご相談	最大 30 台を想定	最大 9,999	別途ご相談		CL/SV 型
テクノメディカ	TMC 臨床検査総合システム	生化学，血液，免疫， 一般，病理，細菌	Windows 2003 Server	オーダリング， OCR,OMR,手入力	1～	1～	制限なし	ディスクの容 量による		
日　本　電　子	臨床検査システム JCS-33L	生化学/免疫血 清/血液/尿一 般等	Windows 2003	OMR，OCR， バーコード オーダリング他	2～任意	100	9,999	100 万受付	構成によ り異なる	迅速検査システム
	〃 JCS-50L	〃	Windows 2003 Server	オーダリング/OMR/ OCR/バーコード/キー ボード等	1～任意	〃	30,000	〃	〃	迅速検査システム，各種カスタマイズ， WEB 版 Dr 支援，細菌サブ，請求処理等
ニューコン	臨床検査システム Hi-Labo-S	生化，血液 一般等		オンライン入力， OCR，OMR，手入力	1～	1～	～3000	5 年		
	〃 Hi-Labo-P	〃		〃	〃	〃	～1000	〃		
〃	輸血製剤管理支援システム HD-TRANS®	血液		〃	〃	〃		20 年		
	病理検査管理支援システム HISTOMATIC	病理・細胞診		オンライン入 力，手入力	〃	〃		5 年		
〃	総合健診システム K-EXAM-plus®	生化，血液 一般等		オンライン入力， OCR，OMR，手入力	〃	〃		〃		
	Hi-Labo システム Web ドクター支援システム	検査システム の照会			〃		～3000			
〃	〃 細菌検査システム	細菌，微生物		オンライン入 力，手入力	〃	1～		5 年		
	〃 生理検査予約システム	生理検査予約		〃	〃	〃		〃		

日立ハイテクノロジーズ	Labostream	検査全般	PC サーバ	キーボード, OCR, MSR, 他	任意	任意	9,999	制限なし		Windows XP
	Lavolute	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃

49. 検体前処理システム（Sample Processing System）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分野	システム構成	検体搬送方法	ラック種	処理能力	接続分析装置	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格・万円	特長・備考
アイディエス	検体搬送システム IDS-880 シリーズ	生化学検査 血清・免疫検査	搬入・遠心・栓抜・血餅検出・分注・ラベル発行・搬出・分析装置接続・緊急割込・ストックヤード・ほか	1本搬送	1本ホルダー方式	構成により異なります	各メーカー約30種接続実績あり	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	・設置スペースに合わせ配置変更可能 ・再利用ストックヤード各種ユニットが組み合わせ可能
	〃 〃	凝固検査 血糖関連検査	搬入・遠心・搬出・分析装置接続・ストックヤードほか	〃	〃	〃	各メーカー接続実績あり	〃	〃	〃	〃	
〃	〃 〃	尿・一般検査	搬入・ラベル発行・分注・分析装置接続・搬出・ストックヤード・ほか	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	・尿カップでの検体搬送が可能 ・尿カップから尿スピッツへの分注が可能
	自動分注装置 IDS-2000 シリーズ	生化学, 血清	搬入・栓抜・血餅検出・分注・ラベル発行・搬出	〃	〃	200 検体/時			163×82×156	300	〃	IDS-880 シリーズとの接続により, 分析装置への接続可能
〃	〃 IDS-3000 シリーズ	〃	〃	〃	〃	300 検体/時			220×90×153.5	510	〃	〃
アロカ	検体前処理分注装置 APS-3000 シリーズ	生化学, 血清	分注, 他	ラック搬送	アロカ10本ラック, 他	構成による		構成による	構成による	構成による	構成による	
	〃 LabFLEX2500	〃	〃	〃	アロカ5本ラック, 他	250 検体/h		750	約148×78×143	410	〃	
エイアンドティー	CLINILOG Ver. 2	生化, 血液, 血清, 凝固, 免疫	スタートストック, 分注機, 開栓機, 接続ユニット, ターミナルストックの組み合わせ	ラック方式	日立/A&T 5検体ラック	構成により異なります	TBA-200FR, H7600, AIA-21, コアフレックス, ルビコン, Gen-S, GA03U		ユニットにより異なります	ユニットにより異なります	構成により異なります	
	〃 Ver. 3	〃	投入, 遠心, 開栓, 分注, バッファ, 回収モジュールの組み合せ	1本ホルダ方式	A&T 5検体ラック（検体投入に使用）	〃	Open LA21モジュール, 外部サンプリング装置		〃	〃	〃	
NECソフト	バイオプリズム	サンプル及びデータ管理									150～	
シスメックス	HSトランスポーテーションシステム HST-N シリーズ	血液検査	多項目自動血球分析装置・網赤血球測定装置・塗抹標本作製装置	ベルトライン方式	シスメックス製10本ラック		XE-2100 R-3500 SP-100					
	凝固検査検体搬送システム CST シリーズ	凝固検査	全自動血液凝固測定装置	〃	〃		CA-6000 CA-5000					
〃	HSトランスポーテーションシステム XE-Alpha N	血液検査	多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	〃	〃		XE-2100 SP-100					
	〃 SE-AlphaR	〃	多項目自動血球分析装置・網赤血球測定ユニット・塗抹標本作製装置	〃	〃		SE-9000/RAM-1 SP-100					
〃	〃 SF-Alpha	〃	・多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	〃	〃		SF-3000 SP-100					
	USトランスポーテーションシステム US-Alpha Ⅳ	尿検査	・尿中有形成分分析装置・全自動尿分析装置	〃	〃		UF-100 AX-4280					
柴崎製作所	検体小分装置 PTD-700		分注・希釈・攪拌		各種ラックに対応可能			400	90×90×112	100		
大扇産業	自動開栓装置 APN シリーズ				各種	800～4500/h		100/15	100×70×110	200		ポンチ型打抜き方式のフィルム栓採血管専用
	〃 ARD シリーズ				〃	600/h		〃	70×70×110	150		ゴム栓採血管専用
〃	ディスポ式開栓装置 APN シリーズ					300～2000/h			150×150×160	300		コンタミ防止機能付

テクノメディカ	自動尿分取装置 UA・ROBO-600A	尿検査		ベルトコンベア		100/h		100/3	79×75×135	150	1,180	
	〃 UA・ROBO-600B	〃		ラック方式		120/h	オプションで可	〃	79×106×135	160	980	
〃	一般検査前処理システム UA・LABELER-1	〃		〃		5秒/本		〃	56×51×61	40	480	
	自動検体仕分け装置 SS-ROBO-800	径φ12～16.5 長さ75～100mm	6種分け	ラック方式	5本ラック 10本ラック	600検体/h	特注で可能	100/10	170×90×150	400	4,500	採血後の検体を各検査内容に応じてラックに仕分けします。
日本電子	検体搬送システム JLA-701T	生化学, 免疫	搬送	ラック方式	5本又は10本ラック対応	最大1800 検体/時	生化学，免疫他	100/40	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	検体搬送システム
日立ハイテクノロジーズ	検体前処理システム	生化学,免疫,血清,血液,凝固,尿	・検体投入部・遠心分離モジュール・開栓モジュール　ほか	ラックによるベルトコンベア搬送	日立5本 ラック他	250～400検体時構成,使用条件により異なる	日立7700 シリーズ他	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		
メディカルジャパン	MSシリーズ	生化学，血清，血液，他	分注,ラベラー,開栓,自動遠心器,振分け	ベルトライン方式	1本,5本, 10本	構成内容により異なります	各メーカー接続実績あり		レイアウトにより異なります		問い合わせ下さい	各ユニットサイズの変更可能です
	分注システム MSシリーズ	生化学，血清	分注，ラベラー	〃	1本,5本	250検体/h	〃		構成により異なります		〃	コンパクトサイズ
〃	高速分注システム	〃	〃	〃	〃	2,500　〃	〃		〃		〃	〃
	検体受付システム	生化学，血液，他	振分け・印字	〃	1本,5本, 10本	1,200　〃			〃		〃	〃

50. オートラベラ・バーコードプリンタ（Auto Labeler & Barcord Printer）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	バーコード種	ラベルサイズ (mm)	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アステックコーポレーション	ラベルプリング F-20				102 mm/秒 (最大)	NW-7，CODE 39，CODE 93，CODE 128，JAN，他	幅 25.4～108		20×17×24.5	2.2		
エプソン販売	サーマルラベルプリンタ TM-L 90				最大 150 mm/秒	9種の他2次元シンボル3種	幅 34～76	24/1.7	14×14.8×20.3	1.9		
	インクジェットプリンタ TM-C 100				〃 35 mm/秒	グラフィックデータとして印刷	幅 43～102	約 11	21×34.5×15.2	2.0		
小林クリエイト	ラベルプリンタ ip-65				150　〃	8種 2次元コード	標準 50×35	150	19.8×24.7× 18.1	3		
	〃 ip-205				〃	〃	標準 50×32 標準 50×35	〃	〃	〃		
〃	バーコードラベラー VL-150				4秒/本	7種	標準 50×32	300	22.4×35.1× 29.5	15		
	採血業務支援システム i・pres gear	100本以上/8管種	径φ12～18 長さ 75～100	専用トレイ	〃	〃	標準 53×35	800	55.0×84.1× 116.5	200		
〃	健診採血業務対応 i-pres fit	100本以上/1管種/4管種	〃	〃	5秒/本	〃	〃	175	66×66×55	55		
	ラベルプリンタ KP-300				150 mm/秒	9種 2次元コード	標準 50×32	160	20×36×27	10		
〃	〃 ip-225				100 mm/秒	8種 2次元コード	標準 50×32 標準 50×35	150	19.8×24.7× 18.1	3		
サトー	レスプリシリーズ				T 408/R 408：2,3,4,5,6インチ/秒 T412/R412：2,3,4/秒	UPC-A/E,JAN/EAN,Code39,Code93,Code128NW-7，カスタマバーコード，QR，PDF417，Max コード	幅 25～115 長さ 15～397	380 (最大)	T：19.8×22.5×16.0 R：19.8×22.5×18.1	約3.0		
	SR400シリーズ				300 mm/秒 (最大)	UPC-A/E,JAN/EAN,ITF他 2次元コード(PDF-417,QRコード他)	幅 22～128 長さ 6～397	200 (最大)	27.1×45.5×30.5	15		

システムバイオティックス	HTLabel		対応		50枚/分		10×30 12×24				4	インクジェットプリンターでラベル
	Barcode Label		〃		〃	14	10×60 12×24				7	インクジェットプリンターでバーコード
テクノメディカ	採血管準備システム BC・ROBO-787	20〜100	同時搭載種類 4〜28種類	専用トレイ 専用ラック	最大約400人分/h(1患者4本)	NW7, code128他	50×30 50×35他	1000(基本構成)	90×124×85.5 (基本構成)	270		豊富なオプション有り.
	採血管準備装置 BC・ROBO-686	〃	〃 4〜12種類	専用トレイ	〃	〃	〃	〃	90×124×78 (基本構成)	265		12管種で低価格.
〃	〃 BC・ROBO-888	100	〃 8種類	〃	最大約300人分/h(1患者4本)	〃	〃	800	60×75×118	240		新製品, 省スペースと安心のバックアップ.
	小型採血管準備システム BC・ROBO-mini 20	20	〃 4種類	〃	5秒/本	〃	〃	500	44.5×43×55.5	35		コンパクトサイズで卓上型.
〃	〃 BC・ROBO-mini 40	40	〃 〃	〃	〃	〃	〃	500	44.5×43×75.5	40		〃
	バーコードラベルプリンター BC-450SR					NW7他 2次元コード	各種	380 (最大)	19.8×23×18.1	3		熱転写方式(SR) 感熱方式(S)
メディカルジャパン	ラベルプリンター MJP-01				約7行/秒	NW-7 ITF コード39 他	最大58× 80φ		11×19×11	0.6		
	〃 MJP-02				100 mm/秒	〃	最大80× 83φ		15×19×16	1.4		
〃	MSシリーズ	約250本	75〜100 mm 13〜16φ	5〜50本 ラック	約450本/h	〃	50×32		約75×75×75	40		

51. 分注装置（Dispenser）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力 (検体/h)	バーコード種	分注量 (μL)	チャンネル数	消費電力 V/A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アロカ	ランダムアクセスワークステーションAPS-790				条件により異なる		10〜9999, 仕様により異なる		1.5K	約172×105×171 (本体のみ)	約500 (本体のみ)	構成による	ラックバーコード対応
	卓上型自動分注装置 LabFLEX900				〃		〃		400	約86×78×70	約90	〃	
システムバイオティックス	PlatePrep 400	200		12			〜240	12	100/3	80×70×50	70	550	
	〃 100			5			25	1		60×40×45	30	200	
柴崎製作所	分注希釈装置 SD 650						10〜300	8・12	200	65×50×50	50		
	非接触微量分注装置						0.2〜	2	100	50×50×50	20		
セントラル科学貿易	Multidrop384 stacker				160プレート/h		5〜395	8	80	74×46×61	32	480	小型,迅速,オートクレーブ可 スタッカー(20,30,60枚)バルク分注
	マルチドロップ384						〃	〃		31×32×16	6.2	135	
〃	マイクロフィル						5〜300	〃		46×38×18	8.9	〃	
バイオテック	マルチディスペンサー EDR-384U			マイクロプレート40枚	マイクロプレート1枚約13秒		0.5〜300	96, 384			60	600〜	96CH, 384CH対応 PCソフト
	〃 EDR-96S/384S				マイクロプレート1枚約5秒		〃				30	280〜	〃
〃	DNA分注装置 MODEL-5000						1〜20	1,8		78×52×57		650〜	分注確認センサー
	シングルラインディスペンサー mini-Gene LD-01						5〜2,000	8.16		36×38×27.5	15	125〜	1536well plate対応

〃	マルチステージディスペンスステーション ADS-384-8						0.1～300	96,384		71×71×93.5	140	1000～	0.1 μL 超微量分注 1536 well plate 対応
	テーブルトップディスペンサー EDR-384 S II						〃	〃		42×45×54	50	300～	〃
〃	Zip Master						0.5～30	1		50×49×36		490～	MALDI TOF MS 用サンプルスポット
	コンパクトワークステーション EDR-24 LS						〃	1.12, 24		52×52×60	40	195×	希釈，サンプリング可能
メディカルジャパン	MS シリーズ		75～100 mm 13～16 φ	各種	1：1 分注 約 330 検体/h	NW-7ITF コード 39 他	10～1,000			約 90×75×120 (本体のみ)	60		ユニットサイズ変更可能です
	高速分注システム		〃	〃	1：1 分注 2,500 検体/h	〃	〃			約150×120×120 (本体のみ)	150		〃

52. 遠心分離器（Centrifugal Apparatus）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	回転数 r.p.m.	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
エッペンドルフ	5424	24		アングル	20,238×g	14,680	220	24×32×23	13.4	22	
	5702	40		スイング	2,750×g	4,400	200	32×40×24	20	20.4	
久保田商事	ハイキャンパシティ冷却遠心機 モデル 8730	130	15			4,000	200/12	64×78×86	205	130	大型チューブラック方式の多本架遠心機
	インバータ・多本架冷却遠心機 モデル 8920	96	〃			8.500	200/15	56×70×84	115	92	〃
〃	〃 ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル 5910	68	〃			〃	100/15	50×65×85	110	72	
	〃 ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル 5930	80	〃			〃	〃	〃	〃	88	
〃	テーブルトップ・多本架遠心機 モデル 8420	〃	〃			6,000	〃	53×63×37	60	49.8	
	テーブルトップ遠心機 モデル 4000	68	15			5,800	〃	44×56×31	36	26	電動ドアロックを採用した，卓上型の最新モデルです
〃	〃 遠心機 モデル 4200	〃	〃			16.000	〃	〃	38	35	電動ドアロックを採用し，マイクロロータも高回転で遠心可能
	卓上型遠心機 モデル 2420	24	〃			4.000	100/8	35×42×32	24	16.5	スイングロータが使える小型卓上型の遠心機
ジーエルサイエンス	Microlab® STAR シリーズ					2/4/5/12/16/96	800	163.8×76.5×87	140	850～	分注工程をモニターする確実な試料処理容器搬送も可能
セントラル科学貿易	Hemata STAT II	6	毛細管			6.000	100/1	18×13×12	0.6	29.8	1分間，ヘマトクリットリーダー装備
	プラズマプレップ	〃	2, 3, 5, 7, 10 mL			7,200	100/1.25	26×38×17.5	9	36.5	2分間，採血管不問，PRP 30 秒分離

その他の臨床検査機器

53. マイクロピペット（Micropipette）

会社名	商品名 型式名	分注容量	方式	精度	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	固定・可変	%	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エッペンドルフ	リファレンス 4900	1～2,500	固定					2.4	
	〃 4910	0.1～2,500	可変					3.2～3.5	
〃	リサーチ F	10～1,000	固定					1.9	
	〃 V	0.1～10,000	可変					3.1～3.6	
〃	〃 M	0.5～300	〃					8.2～9.5	マルチ 8/12 チャンネル
	マルチペットプラス	1～10,000	〃					4.3	連続分注
〃	〃 stream	1～50,000	〃					7.8	〃
	〃 Xstream	〃	〃					9.2	〃
セントラル科学貿易	自動ピペット DIGIFLEX	2～2,000		±1%	150	17×26×40	12	165～	アベルケンダール前処理に最適
三菱化学メディエンス	エッペンドルフピペット リサーチ V	0.1～10,000	可変					3.1～3.6	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 リサーチ M	0.5～10，10～100，30～300	〃					8.2～9.5	〃 (8 及び 12 チャンネルピペット)
〃	〃 リファレンス 4910	0.1～2,500	〃					3.2～3.5	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 マルチペットプラス 4981	1～10,000	〃					4.25	〃 (連続分注ピペット)
〃	〃 マルチペット xstream	1～50,000	〃					9.2	〃 (電動，連続分注ピペット)
	〃 〃 stream	〃	〃					7.8	〃 ( )
〃	〃 リサーチプロシングル	0.5～5,000	〃					6.4	〃 (電動ピペット)
	〃 リサーチプロマルチ	0.5～1,200	〃					11.2～13.4	〃 (電動マルチチャンネルピペット)

54. 希釈装置（Diluter）

会社名	商品名 型式名	チャンネル数	希釈方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
ジーエルサイエンス	Microlab® STAR シリーズ	2/4/8/12/16/96	チップ式	800	163.8×76.5×87	140	850	液面検知可・ソフトウェアにより多彩な希釈を容易設定可
	Microlab 500	1	ノズル式	150	15.6×17.8×33.4	4.7	52.0～	プログラムにより多彩な希釈が可能
バイオテック	EDR-96 X	8,12	チップ式		83.5×50×67	90	385～	希釈及び分注も可能

55. 洗浄器（Washer）

会社名	商品名 型式名	分注容量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
セントラル科学貿易	M384 Atlas Washer/タイタンスタッカー	50～3,000	126 プレート/h		74×56×61	37	580	精密コントロールにより様々なプレートに対応，最小限の残液量，スタッカー付フルオート
	マイクロプレートウォッシャー EL×50	〃			35×40×16.25	8.9	88	プログラムに従って行又は列毎に自動洗浄
バイオテック	オートミニウォッシャー AMW-3	0～3,000	1,000	30	27×49×24	12	80	マイクロプレート 8, 12
	AMW-96F	〃	2,500	〃	25×45×18	11	78	低価格タイプ
〃	AMW-96S II	〃	5,000	85	53×39×20	30	260	全自動型
	セラウォッシャー AMW-192	50～500	〃	100	55×55×40	35	375	
〃	AMW-8	50～990			25×33×12	7	50	マイクロプレート 8
	MW-96 AR	〃			30×48×25.1	20	125	
〃	〃 -96 CR	〃			〃	25	175	ノズルツマリ防止機能付き
	細胞洗浄用ウォッシャー MW-384 CS	10～400		300	70×50×60	80	430～	96 ch，384 ch ヘッドあり
バイオ・ラッドラボラトリーズ	ノバパス 1575 マイクロプレートウォッシャー	0～10 μL 毎に制御	プログラムによる	100	33×53×20	9.6	88	クロスワイズ機能搭載

56. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイディエス	分注チップ整列装置 AT-4000 シリーズ	洗浄したディスポチップを，ラックに１本づつ整列する装置	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	現在ご使用のラックにセットする事も可能ですので，お問合せ下さい。
	サンプルチューブ整列装置 ATF-3000 シリーズ	洗浄したディスポチューブを，ラックに１本づつ整列する装置	〃	〃	〃	〃	〃
〃	試験管ナンバリング装置 SNS シリーズ	採血管のバーコードを読み取り，必要な情報を直接インクジェットプリンターにて採血管へ印字し，仕分け搬出する装置	〃	〃	〃	〃	数字以外にも，記号，漢字等が印字可能です
	自動開栓装置 ACO シリーズ・TSD シリーズ	検体の到着確認，開栓，仕分け搬出が行える装置	〃	〃	〃	〃	ゴム栓タイプ=ACO シリーズ シール栓タイプ=TSD シリーズ
〃	検体自走車	搬送ラインの問題点である動線問題を解決する搬送装置	〃	〃	〃	〃	
アキュレックス	エアジェット付きディスペンサー DCI-330	メンブレン上にラインもしくはドットの試薬を均一に塗布	110 V	60×41×54.8			ZETA CORPORATION 製（韓国メーカー）
	メンブレン&吸収パッド用ラミネーター LCI-300	用意された台紙にメンブレンと吸収パッドを正確に張り合わせる	〃	125×41×95	70		〃
〃	ロータリースリッター RCI-300	イムノアッセイカードを高速かつ正確に裁断し，ストリップを作製	〃	68.2×41×36.5	86		〃
	ギロチンカッター GCI-800	ギロチンタイプの刃で様々な種類のイムノアッセイカードを裁断し，ストリップを作製	〃	40×30×26	20		〃

〃	XYZ ディスペンサー DMM-100	バイオセンサーやバイオチップの試験生産及び開発用の多機能ディスペンサー装置	〃	80×80×80	70		〃
	微量充塡システム	液体，粘性液，スラリー状の微量充塡に幅広く使用され，抜群の充塡精度とポンプ内接液部にはOリングを一切使用せず，コンタミの問題無し					IVEK CORPORATION 製（米国メーカー）
〃	超精密液体噴霧システム	シリンジ内面のシリコンスプレー，カテーテルコーティング，試薬のスプレー等，様々な分野で使用され，きれいな円錐形パターンで液体を噴霧					〃
	OEM 製品	IVEK 社製独自のオートピペッター，ピストン＆シリンダー，ポンプ，バルブ，等，多数展示					〃
アラム	CPC カップリング	サンプリングや分析するものの注入や試薬の補充する配管システムにおいて接続，切りはなしをワンタッチで確実に行なうことが出来るカップリングです					
アロカ	ルミネッセンスリーダ AccuFLEX Lumi 400	生物化学発光測定装置（活性酸素，ATP，白血球貪食能などの測定）	約 100	本体約 26×36×25 分注ユニット約 16×20×20	約 10 約 4.3	168	
	抗酸化能測定キット ラジカルキャッチ/BLR-ALBI-01	食品・飲料・素材などの抗酸化能を測定するためのキット．化学発光法による「高感度で迅速な」測定が可能		約 13×9×6		5	100 テスト/箱
〃	ゼオライトマスク/MSK-TYPEGS 4	銅イオンの強い抗菌力と優れた対ウイルス効果，4 層フィルター構造とゼオライトの高い悪臭吸着性のマスク．安全性の高い無機系鉱物素材		約 9×17.5（1 枚） 約 27×24×37（1 ケース）		〃	20 枚入り/箱 10 箱入り/1 ケース（200 枚）
システムバイオティックス	HTSheet	マイクロプレートのシールや保存に耐熱シートやアルミシートも用意				0.3〜1.6 /100 枚	
セントラル科学貿易	ディスポ製品	高品質ディスポ製品をリーズナブルな価格で提供．（ピペットチップ，テストチューブ，スポイト，白金耳）					
大扇産業	自動検体シーラー ATS-100	分注済みの親検体や子検体の保管（蒸発防止，転倒対策等）の為に特殊ラミネートテープを用いて，ラック毎に自動でシーリングする装置でシール後，1 本毎にカットする機能を付加できます．	100/10	50×100×70.5	70		
	チップ整列装置	分注チップ（500 μL）を自動的にチップラック内に整列投入する装置です．処理能力・チップ種類（200 μL，1,000 μL）に合わせた装置製作も可能です．	100/15	1,800×1,500×1,660	500		
Dynal ／ ベリタス	Dynabeads-MyOne™ シリーズ	粒径が 1 μm の超常磁性ポリマービーズ．表面にカルボキシル基，トシル基，ストレプトアビジンが結合した 3 種類の製品をラインナップ．					
	〃 -M280，M270 〃	粒径が 2.8 μm の超常磁性ポリマービーズ．表面にカルボキシル基，トシル基，アミノ基，エポキシ基，ストレプトアビジン，Protein A/G の結合した製品をラインナップ．					
〃	〃 -M450 Epoxy	粒径が 4.5 μm の超常磁性ポリマービーズ．表面にエポキシ基を有しています．					
	Dynabeads MyOne SILANE	粒径が 1 μ m の超常磁性ポリマービーズ．表面を SILANE 基で修飾しており，核酸抽出に最適．					
竹内精工		臨床検査機等に使用されているリニアガイドやボールネジを製作している直動ベアリングメーカーです．低コスト，短納期，特殊加工の対応も可能です．					
テクノメディカ	PIS 患者認識システム	PIS は「患者さんの取り違い」による医療過誤の防止を主眼とした患者認識システムです．バーコード化された患者特定情報を PIS 携帯端末を利用して患者とオーダー内容を処置前に照合確認することで，確実かつ正確な医療業務の遂行を支援します．患者基本情報表示をはじめ，投薬確認，輸血確認，手術予定確認，検査予定確認，投薬材料準備確認など病院内のあらゆる部署での確認作業と記録が可能です．					各施設に合わせたシステム構築が可能です．
日本ポール	血漿分離膜	全血を血漿に分離します．					
	タンパク質固定化メンブレン	高い比表面積を持ち，抗原，抗体その他タンパク質の固定を実現します．					
〃	コンジュゲートリリースパッド	新たにタンパク質非吸着タイプ，さまざまな厚さの高強度タイプ製品を揃えました．					
日本ミリポア	Hi-Flow Plus 超純水・純水製造装置	イムノクロマトグラフィー用各種部材					

ワットマンジャパン	イムノポア Immunopore™	感度を要求するアッセイに最適なメンブレン					
	プリマ Prima™	迅速に感度を得るためのメンブレン					
〃	フュージョン5	イムノクロマトキットに必要な5つの機能を有したフィルタ					
	スタンダードシリーズ	放出量と速度を自在に調整でき，至適条件作りが可能なコンジュゲートパット					
〃	Rapid シリーズ	コーティング処理済みの使いやすいコンジュゲートパット					
	血球分離フィルタ	分離モード別の優れたフィルタ					
〃	吸水パット	目的に合った吸水量・速度，およびコンジュゲートの逆流を防止します					
	サンプル採取紙	血液などの検体を採取・保存するのに最適です					
〃	FTA 製品	血液等から DAN 分離・精製・保存・輸送が室温で可能です					
	サイクロポア	薬剤徐放用途やバイオセンサーなどに					
〃	医療用デバイスフィルタ	バクテリア除去・加湿用途などに					
	FAST スライド	プロテインアレイ作製に最適のスライドグラスです．3次元構造を持ったニトロセルロースがコーティングされております					
〃	ELISA アッセイ用プレート	フィルタ内蔵のアッセイ用プレートです．高速高感度アッセイを実現します					

体外診断用医薬品

生化学（1）

会社名 / 項目名	アボット ジャパン	エイアンドティー	栄研化学	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	オリンパス	関東化学	協和メデックス	極東製薬工業	シスメックス	シーメンス HCD
AST(ALT)		JSCC 準拠	JSCC 標準化対応	JSCC 標準化対応法，他 1	JSCC 対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応　液状試薬	UV 法	JSCC 標準化対応法	IFCC 標準化対応法
ALP		〃	〃	〃	〃 CEAE バッファ	〃	〃	P-ニトロフェニルリン酸法	〃	〃
γ-GTP		〃	〃	〃	IFCC 対応法	〃	JSCC 標準化対応法　液状試薬	Glucana 法	〃	〃
CHE			〃	チオコリン法/ヨウ化ブチリルチオコリン法	ブチリルチオコリン基質法	〃	P-ヒドロキシベンゾイルコリン　液状試薬	ベンゾイルコリン法	DMBT 法	プロピオニルチオコリン基質法
LDH		JSCC 準拠	〃	JSCC 標準化対応法，他 1	IFCC 対応法	〃	JSCC 標準化対応液状試薬，他 1	UV 法	JSCC 標準化対応法，他 1	L → P UV 法
ADA								PNP-XOD 法		
MAO										
TP			ビウレット法	ビューレット法	ビューレット法	ビューレット法(2 試薬系)	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法
Alb			BCG 法，BCP 改良法	BCG 法	BCG 法	BCP 改良法/BCG 法	BCG 法	BCG 法	BCG 法	BCG 法
T-Bil			酵素法	ジアゾ法	ジアゾ法 酵素法	酵素法（ユニチカ）			酵素法，他 1	ジアゾ法
D-Bil			〃						〃	
胆汁酸及び分画								酵素法		
NH_3				アンモニア指示薬法		酵素サイクリング法				
AMY		G3-CNP 法	JSCC 標準化対応	色素アミロペクチン法	E-G7-PNP 基質法	JSCC 標準化対応法	Gal-G2-CNP 法　液状試薬	Gal-G2-CNP 法　他	Gal-G5-PNP 法	G3-CNP 法
リパーゼ							DGGMR 基質液状試薬			
ACP				α-ナフチルリン酸法						
CK		JSCC 準拠	JSCC 標準化対応	JSCC 標準化対応法，他 1	JSCC 対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応 液状試薬	HK－G6PDH 法	JSCC 標準化対応法	IFCC 標準化対応法
LCAT										
LAP			L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法		L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法		GSCC 標準化対応液状試薬，他 1	L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法	PNA 法，他 2	
AMY アイソザイム			免疫阻害法 P-AMY			免疫阻害法	免疫阻害法 Gal－G2・CNP 法 液状試薬		阻害抗体法，他 1	
LDH アイソザイム									プロテアーゼ阻害法	
CK アイソザイム	MEIA 法 CLIA 法		EIA 法，免疫阻害法 CK-MB	免疫阻害法 CK-MB，CLEIA 法		免疫阻害法	化学発光イムノアッセイ法		阻害抗体法	
UN		酵素法	ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ・アンモニア指示薬法	ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ LED 回避法	ウレアーゼ・GLDH 法　液状試薬，他 1	GLDH 法	Urease－GL－DH 法	GLDH 法
UA		〃	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ POD 法	ウリカーゼ・POD 法　液状試薬	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法	ウリカーゼ POD 法
CRE		〃	酵素法	酵素法	酵素法	酵素法	ザルコシンオキシダーゼ法　液状試薬	ザルコシンオキシダーゼ法	酵素法，他 1	Jaffe 法
CR										

NAG										
シスタチンC			LIA 法					ラテックス比濁法		
Glu		GOD 固定化酵素膜電極法	ヘキソキナーゼ G 6 PD 法	GOD・POD 色素法	ヘキソキナーゼ・G 6 PDH 法	ブドウ糖脱水素酵素法	GLck - NADPHUV 法 液状試薬	HK-G-6-PDH 法	HK 法，他 2	ヘキソキナーゼ法
HbA_{1c}			HPLC 法，酵素法	免疫阻害比濁法			ラテックス免疫法		免疫比濁法	
1,5 AG							AG6P - DH, DIP(ホルマザン)液状試薬			
GA			酵素法				酵素法 液状試薬 糖化アミノ酸消去			
乳酸				乳酸酸化酵素 POD 色素法			LAOD-POD 法			
ピルビン酸							PAOD-POD 法			
ALD										
TG		酵素法	酵素法	酵素法	CHOD/PAP 法	JSCC/ReCCS (HECTEF)基準	FG 消去法 酵素法 液状試薬	酵素法	HK - UV 法，他 1	酵素比色法
PL			〃				PLD-POD 法 液状試薬	〃	PLD-POD 法	酵素法
NEFA			〃				ACS-ACO-POD 高感度発色剤 BCMA		ACS - ACOP - SLEP 法	
T-CHO		酵素法	〃	COE・COD・POD 色素法	CHOD/PAP 法	コレステロール酸化酵素法	CHER-CHOD-POD 液状試薬	酵素法	CDH - UV 法，他 1	酵素法
F-CHO			〃				CHOD・POD 液状試薬		CDH-UV 法	
HDL-CHO		直接法	直接法	直接法			直接法		選択酵素阻害法	デキストラン硫酸 Mg 沈殿法
LDL-CHO		〃	〃	比色法			〃			
Na		イオン選択電極法		ISE 直接法					電極法	電極法
K		〃		〃					〃	〃
Cl		〃		〃					〃	〃 ，他 1
HCO_3				酵素法						
Ca			OCPC 法，酵素法	アルセナゾ III 色素法	OCPC 法	クロロホスホナゾ III 比色法/OCPC 法			OCPC 法	OCPC 法
Mg				色素法	キシリジルブルー法		GK-GGPDH UV 法 液状試薬		酵素法	キシリジルブルー法
IP				リンモリブデン酸比色法	モリブデン酸直接法	酵素法	PNP - XOD - POD 液状試薬	酵素法	〃	モリブデン酸 UV 法
Fe			Nitroso - PSAP 法	アゾピリジン色素法	ニトロソ - PSAP 法	Nitroso - PSAP 法	ニトロソ-PSAP 法 液状試薬	Nitroso - PSAP 法	ニトロソ-PSAP 法	直接比色法
UIBC			〃		〃	〃	〃	〃	〃	
尿中微量アルブミン			LIA 法	免疫比濁法		免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁法	免疫比濁法

生化学（2）

会社名 / 項目名	常光	積水メディカル	デイド ベーリング	デンカ生研	東芝メディカルシステムズ	東ソー	ニットーボーメディカル	ニプロ	三菱化学メディエンス	ミズホメディー
AST（ALT）		JSCC 勧告法準拠	IFCC 法 / JSCC 法準拠	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	
ALP		〃	〃	〃	〃		〃		〃	JSCC 標準化対応法
γ-GTP		γ-グルタミル CNA 基質法	IFCC 法準拠	〃	〃		〃	JSCC 標準化対応法	〃	〃
CHE		3, 4-ジヒドロキシベンゾイルコリン基質法	グチリルチオコリン法/ヨウ化メチルチオコリン	〃	合成基質法		〃	ベンゾイルコリン基質法	BTC－DTNB 法	
LDH		JSCC 勧告法準拠	Wacker 変法/JSCC 法準拠	〃	JSCC 標準化対応法		〃	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	
ADA				UV-Rate 法			UV-Rate 法			UV・RATE 法
TP		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法
Alb		BCG 法	BCP 法	BCG 法	BCG 法		BCG 法	BCG 法 BCP 法	BCG 法	BCG 法
T-Bil		アゾビリルビン法	ジアゾ法/バナジン酸法	酵素法	亜硝酸酸化法		亜硝酸酸化法	安定化ジアゾニウム法	酵素法	
胆汁酸及び分画		酵素サイクリング法								
NH_3			GLDH・UV 法		酸素法		UV 法			
AMY		Gal-G2-CNP 基質法	G 3 CNP 法	JSCC 標準化対応法	合成基質法		ガラクトシル-G 5-PNP 法	Gal-G 2-CNP 法	B－G 5-β-CNP 法，他 1	Gal-G2-CNP 法
エラスターゼ 1									ラテックス免疫比濁法	
P-AMP							免疫阻害法			
ACP			TMP 基質法				DCAP-P 基質法			
CK		JSCC 勧告法準拠	Oliver－Rosalki 変法/JSCC 法準拠	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応法	IFCC 法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法
LCAT		真鍋・板倉法								
LAP		L－ロイシル PNA 基質法	PNA 基質法	L-Leucyl-P-NA 法	合成基質法		L-ロイシル-P-アニリド法	GSCC 法		PNP 基質法
ALP アイソザイム	電気泳動による分画									
AMY アイソザイム		Gal-G2-CNP 基質法								
LDH アイソザイム	電気泳動による分画									
CK アイソザイム	〃		免疫阻害法/EIA(マス CKMB) 化学発光法			EIA 法 CK-MB	免疫阻害法 CK-MB		免疫阻害法，CLEIA 法	
CK アイソホーム										
UN		UV・レート法	ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ・GLDH 法		ウレアーゼ・GLDH 法	ウレア LeuDH 法（ダブルカイネティック法）	ウレアーゼ・UV 法，他 1	ウレアーゼ GLDH・ICDH NH_3 消去法
UA		酵素法	ウリカーゼ・UV 法	酵素法	ウリカーゼ・POD 法		ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ POD 法	酵素法	ウリカーゼ・POD 法
CRE		〃	ヤッフェ・レート法/酵素法	酵素法：カラー法	酵素法		酵素法	酵素法	〃	クレアチニナーゼ POD 法

NAG					合成基質法		MPT－NAG基質法			
シスタチンC			NIA法						ラテックス免疫比濁法	
Glu		ヘキソキナーゼ法	HK法	HK-G6PD法	HK-G6-PDH法		ヘキソキナーゼUV法	HK，GLDH法	酵素法	HK・UV法
HbA_{1c}		酵素法	免疫学的方法	ラテックス免疫凝集法		HPLC法			〃	
乳酸			酵素法				酵素法			
ALD		酵素法								
TG		〃	酵素法，グリセリン消去法	酵素法	酵素法		酵素法（フリーグリセロール消去法）	LPL－GK－GPO－POD酵素法	酵素法	GK・G3POD法（グリセロール消去）
PL		〃	酵素法	〃	〃			フォスフォリパーゼD酵素法	〃	酵素比色法
NEFA		〃							〃	
T-CHO		〃	酵素法	酵素法	酵素法		酵素法（POD法）	COE－COD－POD法	〃	コレステロールオキシダーゼ法
HDL-CHO		直接法	直接法	直接法	直接法		直接法			化学修飾酵素法
LDL-CHO		酵素的測定法	〃	〃	〃		〃			選択的可溶化法
Na			イオン選択性電極法		イオン選択電極法			電極法		
K			〃		〃			〃		
Cl			〃		〃			〃		
Ca		OCPC法	OCPC法	OCPC法	OCPC法		OCPC法，CP 2-III法	アルセナゾIII法	OCPC法	OCPC法
Mg		キシリジルブルー法	メチルチモールブルー法	酵素法	酵素法		酵素法		酵素法	
IP		フィスケ・サバロー変法	モリブデン酸・UV法/酵素法	〃	〃		〃	酵素法	〃	酵素法
Fe		フェロジン発色法	Ferene法		ニトロソ－PSAP法		ニトロソ－PSAP法		NPS法	
UIBC		〃			〃		〃		〃	
TIBC			Ferene法							
Cu										DiBr－PAESA法
尿中マイクロトランスフェリン							免疫比濁法（LA法）			
尿中微量アルブミン			NIA法，TIA法，PETINIA法	免疫比濁法			免疫比濁法	免疫比濁法	免疫比濁法，他1	

生化学（3）

会社名 ＼ 項目名	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業								
AST（ALT）	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応，他1								

ALP	〃	〃								
γ-GTP	〃	〃								
CHE	〃	〃								
LDH	〃	〃								
ADA										
TP	ビウレット法	ビウレット法								
Alb	BCG 法	BCG 法，改良 BCP 法								
T-Bil	ジアゾ法，酵素法	パナジン酸法								
胆汁酸及び分画		酵素法								
NH_3	GLDH 法	藤井奥田法変法								
AMY	JSCC 標準化対応法	ＪＳＣＣ標準化対応，他 1								
ACP		CNP 基質法								
CK	ＪＳＣＣ標準化対応法	ＪＳＣＣ標準化対応，他 1								
LAP	GSCC 準拠法	4 NA								
AMY アイソザイム	免疫阻害法 P-AMY	免疫阻害法 P-AMY								
CK アイソザイム	免疫阻害法 CK-MB	免疫阻害法 CK-MB								
シアル酸		酵素法								
UN	酵素法	アンモニア消去法，他 1								
UA	〃	ウリカーゼ・POD 法								
CRE	〃 /Jaffe 法	酵素法，他 1								
NAG	合成基質法	4 HP-NAG 基質法								
シスタチン C										
Glu	酵素法（HK/G 6 PDH 法）	ヘキソキナーゼ・UV 法，他 1								
HbA_{1c}	ラテックス免疫法，他 1	免疫阻害比濁法								
フルクトサミン	NBT 法									
ALD		UV レート法								
TG	酵素法	グリセリン消去法，他 1								
PL	〃	酵素法								
NEFA		〃								

T-CHO	酵素法	〃								
HDL-CHO	化学修飾酵素法	選択消去法，他1								
LDL-CHO	選択的可溶化法	〃								
Na	電極法	イオン選択電極法								
K	〃	〃								
Cl	〃	〃								
Ca	OCPC法	MXB法，他1								
Mg	キシリジルブルー法	酵素法，他1								
IP	モリブデン酸UV法	〃								
Fe	フェロジン法，他1	バソフェナントロリン法								
UIBC	〃	〃								
Cu										
尿中微量アルブミン	免疫比濁法	免疫比濁法								

免疫血清（1）

会社名 / 項目名	アボット ジャパン	医学生物学研究所	インバネス・メディカル・ジャパン	エイアンドティー	栄研化学	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	オリンパス	関東化学	協和メデックス	極東製薬工業
IgG		免疫比濁法		LIA 法	LIA 法 TIA 法	免疫比濁法	TIA 法			
IgA		〃		〃	〃	〃	〃			
IgM		〃		〃	〃	〃	〃			
IgD					LIA 法		〃			
IgE	MEIA 法	ELISA 法		LIA 法	LIA 法 EIA 法		〃		化学発光イムノアッセイ法	
C3・C4		免疫比濁法		〃	LIA 法 TIA 法	免疫比濁法	〃			
SAA					LIA 法					
Hbt					〃					
α_1AG		免疫比濁法			〃					
α_1AT					〃	免疫比濁法				
α_1M					〃					
Tf		免疫比濁法			〃	免疫比濁法				
ミオグロビン	MEIA 法 CLIA 法			LIA 法	EIA 法 RIA 法	CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法	化学発光イムノアッセイ法	ラテックス比濁法
トロポニン T									〃	
〃 I	CLIA 法				EIA 法				〃	
CRP		ラテックス比濁 ラテックス凝集法		LIA 法	LIA 法	免疫比濁法	ラテックス法	ラテックス免疫比濁法	免疫比濁法	ラテックス比濁法
フェリチン	MEIA 法 CLIA 法			〃	EIA 法 LIA 法 CLEIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法	〃
β-Lipo					TIA 法		TIA 法			
Lp(a)		免疫比濁法		LIA 法	LIA 法					
RLP-C									直接法	
ApoA-I		免疫比濁法			TIA 法	免疫比濁法				
〃 -II		〃			〃					
ApoB		〃			〃	免疫比濁法				
ApoC-II		〃			〃					
〃 -III		〃			〃					
ApoE		〃			〃					

β_2-M	MEIA 法			LIA 法	EIA 法 LIA 法				ラテックス凝集積分球濁度法	ラテックス比濁法
インスリン	〃 CLIA 法	ELISA 法			EIA 法 RIA 法			ラテックス免疫比濁法	化学発光イムノアッセイ法	
C-ペプチド					EIA 法				〃	
LH	MEIA 法 CLIA 法		イムノクロマト法		〃	CLEIA 法		イムノクロマト法	〃	
FSH	〃				〃	〃			〃	
プロラクチン	〃				〃	〃			〃	
TSH	〃				ELISA 法 EIA 法	〃			〃	
T_3・T_4	〃				EIA 法	〃			〃	
FT_3・FT_4	〃				ELISA 法	〃			〃	
T_3U						〃			〃	
TgAb・TPOAb		ELISA 法			EIA 法				〃	
TPAb	CLIA 法 FPIA 法									
コルチゾール	〃				EIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法	
17-OHP					ELISA 法					
プロゲステロン	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法	
テストステロン	CLIA 法				〃	〃			〃	
hCG			イムノクロマト法		LIA 法 EIA 法 用手法			イムノクロマト法		
β-hCG	MEIA 法 CLIA 法					CLEIA 法				
E_2	〃				EIA 法	〃			化学発光イムノアッセイ法	
E_3					LIA 法					
hPL					〃					
BNP	CLIA 法				EIA 法				化学発光イムノアッセイ法	
HGH					RIA 法 EIA 法					
梅毒反応	CLIA 法		イムノクロマト法	LIA 法	LIA 法 CLEIA 法 用手法	イムノクロマト法				ラテックス比濁法
クラミジア (Ag・Ab)			〃					イムノクロマト法	EIA, プレート法	ELISA 法
ASO				LIA 法	LIA 法		ラテックス法			ラテックス比濁法
HGF										
HA (AD)	MEIA 法 CLIA 法									
HBs(Ag・Ab)	〃		イムノクロマト法		CLEIA 法 EIA 法	CLEIA 法, 他			化学発光イムノアッセイ法	ラテックス比濁法

HBe(〃)	〃				EIA 法	〃			〃	
HBcAb	〃				〃	〃			〃	
HBcIgMAb	MEIA 法 CLIA 法 RIA 法					〃			〃	
HAVIgMAb	MEIA 法 CLIA 法					〃				
HCV(Ag)					CLEIA 法	〃				
HCV(Ab)	MEIA 法 CLIA 法 PHA 法				〃	CLEIA 法 IRMA 法，他 4				
HIV(Ab)	MEIA 法 イムノクロマト法		イムノクロマト法			CLEIA 法				
トキソプラズマ抗体										ラテックス比濁法
風疹ウイルス抗体										〃
AFP	MEIA 法 CLIA 法			LIA 法	EIA 法 RIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法	
CEA	〃				〃	〃			〃	
SCC	〃									
NSE					RIA 法					
PAP					EIA 法 RIA 法					
PSA	MEIA 法 CLIA 法				ELISA 法 RIA 法 EIA 法	CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法	化学発光イムノアッセイ法	
FPSA	〃									
CPSA									化学発光イムノアッセイ法	
γ-Sm		ELISA 法								
CA 19-9	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法 CLEIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法	
DU-PAN 2									EIA・プレート法	
CA 15-3	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法	
CA 125	〃				EIA 法 CLEIA 法	〃			〃	
シアリル Le^xi 抗原										
STN										
ペプシノーゲン I	CLIA 法				LIA 法 ELISA 法 CLEIA 法				EIA・プレート法	
〃 II	〃				〃				〃	
RF		ラテックス凝集法 ELISA 法		LIA 法	LIA 法		TIA 法	免疫比濁法		ラテックス比濁法
Strep A			イムノクロマト法							
インフルエンザ			〃							

肺炎球菌			〃							
レジオネラ			〃							
NTx			〃							
抗核抗体		ELISA 法 間接蛍光抗体法								
抗ミトコンドリア抗体		〃								
抗 LKM-1 抗体		〃								
抗 Dsg 抗体		間接蛍光抗体法								
抗リン脂質抗体		〃 ELISA 法			LIA 法					
抗酸菌抗体									EIA・プレート法	
MMP-3		ELISA 法								
ANCA		〃 間接蛍光抗体法								
H・pylori 抗体					ELISA 法 CLEIA 法					
糞便ヘモグロビン(便潜血)			イムノクロマト法		LIA 法				ラテックス免疫法	

免疫血清（2）

会社名 / 項目名	シーメンス HCD	シスメックス	シスメックス・ビオメリュー	常光	積水メディカル	タウンズ	デイド ベーリング	デンカ生研	東芝メディカルシステムズ	東ソー
IgG	免疫比濁法	免疫比濁法			免疫比濁法		NIA 法，TIA 法	免疫比濁法		
IgA	〃	〃			〃		〃	〃		
IgM	〃	〃			〃		〃	〃		
IgE	CLIA 法	PAMIA 法	EIA 法				CLEIA 法 NIA 法	ラテックス凝集法	LIA 法	EIA 法
特異 IgE	〃									
C 3・C 4	免疫比濁法	免疫比濁法			免疫比濁法		NIA 法 TIA 法	免疫比濁法		
ミオグロビン	CLIA 法		EIA 法				NIA 法 EIA 法 化学発光法	ラテックス凝集法		EIA 法
トロポニン I	〃						EIA 法 化学発光法			〃
トロポニン T			EIA 法							
CRP	免疫比濁法	ラテックス凝集法，他 1			ラテックス免疫比濁法		NIA 法，TIA 法 LA 法	ラテックス凝集法	LIA 法	
フェリチン	CLEIA 法	EIA 法 PCIA 法					NIA 法 CLEIA 法 EIA 法	〃	〃	EIA 法
β-Lipo		免疫比濁法			ヘパリン比濁法		TIA 法			

Lp(a)					免疫比濁法		NIA 法	ラテックス凝集法		
ApoA-Ⅰ					〃		〃			
〃 -Ⅱ					〃		〃			
ApoB					〃		〃			
ApoC-Ⅱ					〃					
〃 -Ⅲ					〃					
ApoE				等電点電気泳動アイソホーム法	〃		NIA 法			
β_2-M	CLEIA 法	PCIA 法	EIA 法				NIA 法 CLEIA 法	ラテックス凝集法		EIA 法
インスリン	CLIA 法	EIA 法 PCIA 法					CLEIA 法			〃
C-ペプチド	〃						〃			〃
GH										〃
LH	CLIA 法		EIA 法	ワンステップイムノクロマト法			CLEIA 法			〃
FSH	〃		〃				〃			〃
プロラクチン	〃		〃				〃			〃
TSH	〃	CLEIA 法	〃				CLEIA 法 EIA 法 化学発光法			〃
T_3・T_4	〃		〃				CLEIA 法 EIA 法			〃
FT_3・FT_4	〃	CLEIA 法	〃				CLEIA 法 EIA 法 化学発光法			〃
TgAb・TPOAb	〃									〃
抗 TPO	〃									
インタクト PTH	〃						CLEIA 法			EIA 法
コルチゾール	〃		EIA 法							〃
カルシトニン										
カテコールアミン										HPLC 法
プロゲステロン	CLIA 法		EIA 法							EIA 法
テストステロン	〃		〃							〃
hCG	〃		〃	ワンステップイムノクロマト法						〃
β-hCG							EIA 法 化学発光法			〃
E_2	CLIA 法		EIA 法							〃
BNP										〃

梅毒反応		EIA 法，RPHA 法 PCIA 法					EIA 法，NIA 法 CLEIA 法			
クラミジア (Ag・Ab)		直接蛍光抗体法	EIA 法(Ag)							
ASO		ラテックス凝集法					NIA 法　TIA 法 LA 法	ラテックス凝集法	LIA 法	
HA (Ab)			EIA 法(IgM)							
HBs (Ag・Ab)	CLIA 法	EIA 法 PCIA 法 CLEIA 法	EIA 法				EIA 法 CLEIA 法			EIA 法
HBe (〃)		EIA 法 PCIA 法	〃				〃			〃
HBcAb	CLIA 法	〃	〃				〃			〃
HBcIgMAb	〃		〃				EIA 法			
HCV(Ab)	〃	EIA 法 PCIA 法 CLEIA 法								EIA 法
HIV(Ab)		PCIA 法 CLEIA 法	EIA 法(Ag・Ab)				EIA 法			
HTLV-1		PCIA 法								
AFP	CLIA 法	EIA 法 PCIA 法	EIA 法				CLEIA 法	ラテックス凝集法	LIA 法	EIA 法
CEA	〃	〃	〃				〃			〃
HER-2/neu	〃									
NSE							CLEIA 法			
PA										
PAP										EIA 法
PSA	CLIA 法	EIA 法 PCIA 法	EIA 法		ラテックス免疫比濁法		CLEIA 法 EIA 法			〃
F-PSA							EIA 法			〃
CPSA	CLIA 法									
CA 19-9	〃	EIA 法					CLEIA 法			EIA 法
CA 15-3	〃									〃
CA 125	〃	EIA 法					CLEIA 法			〃
RF		ラテックス凝集法，他 1					NIA 法　TIA 法 LA 法	ラテックス凝集法	LIA 法	
H・pylori 抗体	EIA 法	ウレアーゼ法			ラテックス凝集法		CLEIA 法			
糞便ヘモグロビン(便潜血)	MPA 法	ラテックス法		イムノクロマト法						
MMP-3					ラテックス免疫比濁法					
アデノウィルス						イムノクロマト法				
VT						〃				

O-157						〃				

免疫血清（3）

会社名 / 項目名	日水製薬	ニットーボーメディカル	ニプロ	富士レビオ	ミズホメディー	三菱化学メディエンス	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業		
IgG		免疫比濁法(TIA 法)				免疫比濁法	免疫比濁法	TIA 法		
IgA		〃				〃	〃	〃		
IgM		〃				〃	〃	〃		
IgE	EIA 法	免疫比濁法(LA 法)		CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	電気化学発光法	LIA 法，他 2		
特異 IgE				EIA 法				EIA 法		
C 3・C 4		免疫比濁法(TIA 法)				免疫比濁法	免疫比濁法	TIA 法		
Hpt		〃								
α_1AG		〃								
α_1AT		〃								
Tf		〃	免疫比濁法				ラテックス凝集比濁法			
ミオグロビン	EIA 法 蛍光免疫法					ラテックス免疫比濁法，CLEIA 法	電気化学発光法	LIA 法		
トロポニン I						CLEIA 法				
トロポニン T	EIA 法						電気化学発光法			
CRP	LIA 法 蛍光免疫法	免疫比濁法(TIA 法，LA 法)	ラテックス免疫比濁法	FPIA 法	免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法，他 1	ラテックス凝集法	LIA 法，他 1		
フェリチン	EIA 法	免疫比濁法(LA 法)		CLEIA 法		〃	電気化学発光法	CLEIA 法，他 1		
β-Lipo					ヘパリンカルシウム比濁法	免疫比濁法		TIA 法		
Lp(a)		免疫比濁法(TIA 法)		免疫比濁法				〃		
ApoA-I		〃						〃		
〃 -II		〃						〃		
ApoB		〃		CLEIA 法(48)				〃		
ApoC-II		〃						〃		
〃 -III		〃						〃		
ApoE		〃						〃		
β_2-M	EIA 法	免疫比濁法(LA 法)		CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 2	ラテックス凝集法	CLEIA 法，他 1		

インスリン	〃			〃		〃　他1	電気化学発光法	〃　他1		
C-ペプチド	〃			〃			〃	〃		
GH	〃					CLEIA 法				
ACTH						〃	電気化学発光法			
LH	EIA 法 蛍光免疫法		定性，金コロイドクロマト法	CLEIA 法	イムノクロマト法	〃	〃	CLEIA 法		
FSH	〃			〃		〃	〃	〃		
プロラクチン	〃			〃		〃	〃	〃		
TSH	EIA 法			〃		FIA 法，他1	〃	〃		
T_3・T_4	〃					CLEIA 法	〃	〃		
FT_3・FT_4	〃			CLEIA 法		FIA 法，他1	〃	〃		
TgAb・TPOAb	〃			〃		CLEIA 法	〃			
抗 TPO				PA 法		〃	〃			
PTH							〃	CLEIA 法		
インタクト PTH	EIA 法									
コルチゾール	〃					CLEIA 法	電気化学発光法			
プロゲステロン	EIA 法 蛍光免疫法			CLEIA 法		〃	〃			
テストステロン	EIA 法			〃		〃	〃			
hCG	EIA 法 蛍光免疫法		定性，金コロイドクロマト法		イムノクロマト法	ラテックス免疫比濁法，他1	〃			
β-hCG	EIA 法			CLEIA 法		CLEIA 法	〃			
E_2	EIA 法 蛍光免疫法			〃		〃	〃			
hPL						ラテックス免疫比濁法，他1				
BNP	EIA 法					CLEIA 法				
NT-proBNP							電気化学発光法	CLEIA 法		
エストロジエン						ラテックス免疫比濁法，他1				
梅毒反応	蛍光免疫法			CLEIA 法，PA 法，HA 法	イムノクロマト法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス凝集法	LIA 法，他1		
クラミジア (Ag・Ab)				DNA プローブ法		EIA 法				
ASO	LIA 法	免疫比濁法 (LA 法)		PA 法		ラテックス免疫比濁法，他1	ラテックス凝集法	LIA 法		
HA (Ab)				CLEIA 法			電気化学発光法			
HBs(Ag・Ab)	EIA 法			〃	イムノクロマト法	TR-FIA 法，他1	〃			

HBe(〃)	蛍光免疫法，EIA 法			〃			〃	CLEIA 法		
HBcAb	〃			〃			〃			
HBcIgMAb				〃			〃			
HBcrAg				〃						
HCV(Ag)	蛍光免疫法(Ab)					ラテックス免疫比濁法(Ab)				
HIV				PA 法，EIA 法						
ATL				CLEIA 法，PA 法						
AFP	EIA 法			CLEIA 法，HA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	電気化学発光法	CLEIA 法，他 1		
AFP-L 3 %								LBA 法		
PIVKA-II										
CEA	EIA 法			CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	電気化学発光法	CLEIA 法，他 1		
NSE							〃	〃		
PA										
PAP	EIA 法	免疫阻害法				IRMA 法 CLEIA 法				
PSA	〃			CLEIA 法		CLEIA 法	電気化学発光法	CLEIA 法，他 1		
FPSA	〃					〃	〃			
CA 19-9	〃			CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法	〃	CLEIA 法		
CA 15-3	〃			〃		CLEIA 法	〃			
CA 125	〃			〃		〃	〃	CLEIA 法		
CA 72-4							〃			
ペプシノゲン				CLEIA 法 (Ⅰ/Ⅱ)			ラテックス凝集法	CLEIA 法		
PCT								〃		
Pro-GRP				CLEIA 法				〃		
RF	LIA 法	免疫比濁法 (TIA 法，LA 法)				ラテックス免疫比濁法，他 1	ラテックス凝集法	LIA 法，他 1		
H・pylori 抗体				EIA 法	イムノクロマト法			CLEIA 法		
プレアルブミン		免疫比濁法 (TIA 法)	免疫比濁法					TIA 法		
糞便ヘモグロビン(便潜血)				磁性粒子凝集反応，HA 法	イムノクロマト法			金コロイド比色法(免疫法)		
RBP		免疫比濁法 (LA 法)								

血液凝固・線溶（1）

会社名 / 項目名	エイアンドティー	栄研化学	協和メデックス	極東製薬工業	シスメックス	積水メディカル	デイド ベーリング	日水製薬	ニットーボーメディカル	ニプロ
PT	凝固時間法		凝固時間法		凝固時間法	凝固時間法				
PTT	〃				〃					
APTT			凝固時間法			凝固時間法				
トロンボテスト	凝固時間法				凝固時間法	〃				
ヘパプラスチンテスト	〃				〃	〃				
プロテインC					合成基質法	合成基準法				
プロテインS										
ATIII	LIA 法	LIA 法			合成基質法	合成基準法	NIA 法	蛍光免疫法	合成基質法 TIA 法	
α_2PI					〃	〃			合成基質法	
PLG					〃	〃	NIA 法		合成基質法 TIA 法	
FDP-T	LIA 法	LIA 法		ラテックス比濁法	ラテックス凝集比濁法	ラテックス比濁法		蛍光免疫法		ラテックス凝集法
FDP-E	〃									〃
D-D ダイマー	〃			ラテックス比濁法	ラテックス凝集比濁法，他 1	ラテックス比濁法		蛍光免疫法		〃
P-FDP	〃		血漿中 FDP 測定	〃	〃			〃		
Fbg	凝固時間法	LIA 法	トロンビン時間法		トロンビン時間	凝固時間法	NIA 法		免疫比濁法	
TAT					EIA 法		EIA 法			
PIC					〃 ，他 1	ラテックス比濁法		蛍光免疫法		
SF						〃				
第II凝固因子					凝固時間法	凝固時間法				
第V凝固因子					〃	〃				
第VII凝固因子					〃	〃				
第VIII凝固因子					〃	〃				
第IX凝固因子					〃	〃				
第X凝固因子					〃	〃				
第XI凝固因子					〃	〃				
第XII凝固因子					〃	〃				ラテックス凝集比濁法

複合因子					〃					
ヘパリン					合成基質法	合成基質法				
F 1+2							EIA 法			
FMC								蛍光免疫法		

血液凝固・線溶（2）

会社名 / 項目名	三菱化学メディエンス	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業							
PT	凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法							
APTT	〃	〃	〃							
トロンボテスト	〃		〃							
ヘパプラスチンテスト	〃		〃							
プロテインC	ラテックス免疫比濁法，他1	合成基質法 凝固時間法								
プロテインS	ラテックス免疫比濁法	凝固時間法								
ATIII	ラテックス免疫比濁法，他1	合成基質法								
α_2PI	合成基質法	〃								
PLG	〃	〃								
FDP-T	ラテックス免疫比濁法									
FDP-E	〃	ラテックス免疫凝集比濁法								
D-Dダイマー	〃 CLEIA 法	〃								
P-FDP	ラテックス免疫比濁法	〃								
Fbg										
Fib	PT ベース法，他1	凝固時間法 免疫比濁法	凝固時間法							
TAT	TR-FIA 法 CLEIA 法									
PIC	ラテックス免疫比濁法，他1									
第II凝固因子	凝固時間法	凝固時間法								
第V凝固因子	〃	〃								
第VII凝固因子	〃	〃								
第VIII凝固因子	〃	〃								

第IX凝固因子	〃	〃								
第X凝固因子	〃	〃								
第XI凝固因子	〃	〃								
第XII凝固因子	〃									
第XIII凝固因子	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法								
複合因子	凝固時間法									
〃　TT		凝固時間法								
〃　HT		〃								
FMC	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法								
ヘパリン	合成基質法									
FDP-U	ラテックス免疫比濁法									
vWF	〃	ラテックス免疫凝集比濁法								

血中薬物（1）

会社名 / 項目名	アボット ジャパン	協和メデックス	シーメンス HCD	積水メディカル	デイド ベーリング	三菱化学メディエンス	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業		
N-アセチルプロカインアミド	FPIA 法				PETINIA 法		FPIA 法			
アセトアミノフェン	〃				酵素加水分解法		酵素法			
アプリンジン	〃									
アミカシン	〃						酵素法			
アルベカシン	〃									
エタノール	〃				酵素法		酵素法	酵素法		
エトスクシミド					EMIT 法			EMIT 法		
カルバマゼピン	FPIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CLIA 法	CEDIA 法 ラテックス免疫比濁法	〃 PETINIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	FPIA 法 KIMS 法	〃		
キニジン	〃						FPIA 法			
ゲンタマイシン	〃	化学発光イムノアッセイ法	CLIA 法		EMIT 法 PETINIA 法		FPIA 法 KIMS 法	EMIT 法		
サリチル酸	〃				Trincler 応用法					
シクロスポリン	〃			CEDIA 法	EMIT 法 ACMIA 法			EMIT 法		
ジソピラミド	〃				EMIT 法			〃		
ジギトキシン	〃			CEDIA 法 ラテックス免疫比濁法	PETINIA 法		KIMS 法			
ジゴキシン	〃 FDIA 法 MEIA 法	化学発光イムノアッセイ法	EIA 法 CLIA 法	ラテックス免疫比濁法	EMIT 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	〃	EMIT 法		
タクロリムス	MEIA 法， CLIA 法				EMIT 法 ACMIA 法			〃		
テオフィリン	FPIA 法， CLIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CLIA 法	CEDIA 法 ラテックス免疫比濁法	EMIT 法 PETINIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	FPIA 法 KIMS 法	〃		
トブラマイシン	FPIA 法				〃		FPIA 法			
バルプロ酸ナトリウム	〃	化学発光イムノアッセイ法	CLIA 法	CEDIA 法 ラテックス免疫比濁法	〃	ラテックス免疫比濁法，他 1	FPIA 法 KIMS 法	EMIT 法		
バンコマイシン	FAIA 法 CLIA 法	〃	〃		PETINIA 法 EMIT 法		〃	〃		
フェニトイン	〃	〃	〃	CEDIA 法 ラテックス免疫比濁法	EMIT 法 PETINIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	〃	〃		
フェノバルビタール	〃	〃	〃	〃	〃	〃	FPIA 法	〃		
プリミドン	FPIA 法				EMIT 法		〃	〃		
プロカインアミド	〃				PETINIA 法		〃			
メトトレキサート	〃				EMIT 法			EMIT 法		
リドカイン	〃				EMIT 法 PETINIA 法		FPIA 法	〃		

VB_{12}		化学発光イムノアッセイ法					電気化学発光法			
葉酸		〃					〃			
ハロペリドール				CEDIA 法		金コロイド法				
ブロムペリドール				〃		〃				

自動分析装置専用試薬

自動分析装置専用試薬（1）

会社名 / 機種名	栄研化学		エイアンドティー		オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス		オリンパス		関東化学		協和メデックス		デンカ生研		ニットーボーメディカル		ニプロ		三菱化学メディエンス	
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
504 X			14	21									30	19						
AutoVue Innova																				
Vitros ECiQ						32														
〃 FS 5.1					54	15														
〃 350					48															
〃 950																				
AU-5400	41	15	14	10			37	8	24	8	30	2	30	19	33	9	22	3	30	14
〃 -2700	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -680							28	9												
〃 -640	41	15	14	10			37	8	24	8	30	2	30	19	33	28	22	3	30	14
〃 -400	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
TBA-60 R									〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9	〃	〃	31	13
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)	40	15							〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	28	〃	〃	35	18
〃 -M シリーズ									〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9	〃	〃	34	3
〃 -80 FR(NEO)	41	15	14	14					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	28	〃	〃	31	18
〃 -200 FR	〃	〃	〃	〃					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -120 FR	〃	〃	〃	18					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
Accute	〃	〃							〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
ARCHITECT c 8000	〃	〃	14	14					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃	〃
JCA-RS シリーズ									〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9	22	3	30	10
〃 -HR シリーズ									〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5
〃 -BM シリーズ	41	26	14	21					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	28	〃	〃	31	11
コンポライズ 450															〃	〃	〃	〃		
日立-7050	38	2							24	8	30	2	30	19	〃	〃			33	15
〃 -7150	41	15							〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	22	3	34	16
〃 -7170・7170 S	〃	〃							〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31	19

〃 -7250・7350・7450	33	2	14	20					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9	〃	〃	32	11
〃 -7060・7070	41	15							〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	28	〃	〃	31	17
〃 -7020	〃	〃							〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	24	12
〃 -7600	〃	〃							〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	P = 28 D = 9	〃	〃	35	19
〃 -7080	〃	〃							〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	27	〃	〃	〃	18
〃 -7180	〃	〃	14	20					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -7700	〃	〃	〃	〃					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	19
〃 -9000 シリーズ											22								19	12
LABOSPECT	25	10									14			12	20	14			〃	6
COBAS INTEGRA 800																				
〃 400 plus																				
モジュラーアナリティクス											11									
9000 シリーズ																				

自動分析装置専用試薬（2）

会社名	ミズホメディー		ロシュ・ダイアグノスティックス		和光純薬工業															
機種名	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数														
504 X																				
AutoVue Innova																				
Vitros ECiQ																				
〃 FS 5.1																				
〃 350																				
〃 950																				
AU-5400	22	1			27	12														
〃 -2700	〃	〃			〃	〃														
〃 -640	〃	〃			〃	〃														
〃 -400	〃	〃			〃	〃														
TBA-60 R	〃	〃																		
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)	〃	〃			23	8														

〃 -M シリーズ	〃	〃																		
〃 -80 FR(NEO)	〃	〃			23	12														
〃 -200 FR	〃	〃			27	〃														
〃 -120 FR	〃	〃			〃	〃														
Accute	〃	〃			23	8														
TBA c 8000					27	12														
〃 c 16000					〃	〃														
JCA-RS シリーズ	22	1																		
〃 -HR シリーズ	〃	〃																		
〃 -BM シリーズ	〃	〃			27	12														
コンポライズ 450																				
日立-7050	22	1																		
〃 -7150	〃	〃			14	12														
〃 -7170・7170 S	〃	〃			26	〃														
〃 -7250・7350・7450	〃	〃			12	2														
〃 -7060・7070	〃	〃			24	12														
〃 -7020	〃	〃			16	1														
〃 -7600	〃	〃			27	12														
〃 -7080	〃	〃			〃	〃														
〃 -7180	〃	〃			〃	〃														
〃 -7700	〃	〃			〃	〃														
〃 -9000 シリーズ			28	10	23															
LABOSPECT	2				25	9														
コバス 6000 〈501〉			34	16																
モジュラーアナリティクス			27	14																

コントロール血清

(株)エイアンドティー

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノティクルスオートコントロール血清(L)	免疫12項目	低値	○	1mL用×5	25,000	
〃 (H)	〃	高値	〃	〃	〃	
イムノティクルスオート梅毒コントロール	梅毒TP抗体	陰性・陽性	〃	各1mL用×3	20,000	
RPRコントロール	梅毒脂質抗体	〃	〃	〃	〃	
コントロール血漿 レベル1	PT, APTT, Fib, TB, HPT	正常	〃	0.5mL用×10	12,000	
〃 レベル2	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 レベル3	PT, APTT, Fib, TB	〃	〃	〃	〃	

栄研化学(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
TZセーラム'栄研'	TTT, ZTT	高値	○	3mL分×5	5,500	
QC-LX-1'栄研'	免疫16項目	低値	〃	2mL分×5	25,000	
〃 -2A'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
〃 -2B'栄研'	〃	〃	〃	〃	〃	
〃 -3'栄研'	腎機能マーカー5項目	尿用低値	〃	〃	〃	
〃 -4'栄研'	〃	〃 高値	〃	〃	〃	
QC-β_2M-L'栄研'	β_2M	低値	〃	〃	10,000	
〃 -H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-BFP-L'栄研'	尿BFP	低値	〃	2mL×5	〃	
〃 -H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-SAA-L'栄研'	SAA	低値	〃	2mL分×5	〃	
〃 -H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-RE'栄研' TypeA Low	腫瘍関連検査群(CA19-9を除く)	低値	〃	3mL分×6	24,000	
〃 〃 High	〃	高値	〃	〃	〃	
〃 '栄研' TypeB Low	内分泌関連検査群	低値	〃	〃	〃	

〃　〃　High	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-PG-L'栄研'	ペプシノゲンⅠ・Ⅱ	低値	〃	1mL 分×10	11,000	
〃　-H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
ペプシノゲンコントロールセット'栄研'	〃	低・高値	〃	1mL 分×5×2	11,000	
H.ピロリ抗体コントロールセット'栄研'	ヘリコバクターピロリ抗体	陰性・陽性	〃	〃	〃	
コントロール濾紙セット'栄研'	ペプシノゲンⅠ・Ⅱ，PSA	低・中・高	〃	3濃度各21スポット	〃	
〃　H.ピロリ抗体	ヘリコバクターピロリ抗体	陰性・陽性	〃	2　〃	〃	
OC オートコントロール'栄研'L	糞便中ヘモグロビン	低値	〃	1mL 分×5	13,000	
〃　H	〃	高値	〃	〃	〃	
US コントロール'栄研' Level Ⅰ/Ⅱ	尿定性	陰性／陽性	〃	12mL 分×3	15,000	
〃　Level Ⅱ	〃	陽性	〃	12mL 分×6	〃	
ノムノピアリ　1	免疫18項目	低濃度	〃	3mL×2	28,500	液状タイプ
〃　2	〃	高濃度	〃	〃	〃	〃
Hb コントロール'栄研' L	ヘモグロビン定量	低値	〃	5mL×2	26,000	〃
〃　H	〃	高値	〃	〃	〃	〃

オリンパス(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
AU コントロール	ヒト血清ベース，マルチタイプ	レベル1 レベル2	○	各5mL 用×6本	9,870	
AES コントロール	たん白分画用	ノーマル アブノーマル	〃	0.5mL×5本	9,450	
AU マルチキャリブレーター				5mL×20本	35,700	
AU 標準血清 RF				2mL×5濃度	15,225	
〃　CRP				1mL×6本	22,050	
〃　ASO				〃	24,150	
AU 血清蛋白キャリブレーター	IgG，IgM，IgA，C3，C4用			2mL×5濃度	39,900	各濃度1本入

関東化学(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
トレースチェック	AST・ALT・γ-GT・CK ALP・LD・AMY(P-AMY)	レベル1 レベル2	○	各2mL×3	21,000	
〃 PLUS	AST・ALT・γ-GT・CK・ALP LD・AMY(P-AMY)・ChE	〃	〃	〃	24,000	
クオリトロールリファレンス PLUS	20項目	〃	参考値	各3mL×3	17,000	
クオリトロール INSULIN	インスリン	〃	〃	各1mL×3	17,500	
〃 PSA	PSA	〃	〃	〃	42,500	
〃 PG	PG I, PG II	〃	〃	各2mL×2	20,000	
〃 CK-MB	CK, CK-MB		〃	1mL×6	23,000	

協和メデックス(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
Accurun 9500 マルチマーカーコントロール	anti-HIV1/2, anti-HTLV I/II anti-HBc, anti-HCV, HBsAg, TP		○	1mL×3 ～5mL×3	39,000 ～90,000	
Normal コントロール	感染症陰性コントロール		×	1mL×1～3.5mL×12	5,000 ～5,700	
HBs 抗原	HBs 抗原		〃	5mL×1	14,000	
HBs IgG, IgM	HBs コア IgG, IgM		〃	〃	14,000	
HBe 抗原	HBe 抗原		〃	〃	〃	
HBe 抗体	HBe 抗体		〃	〃	〃	
HAV 抗体 IgG, IgM	HAV IgG HAV IgM		〃	1mL×1～5mL×1 1mL×1～5mL×1	4,000～16,000 5,000～20,000	
HBs 抗体	HBs 抗体		○	5mL×1	14,000	
Lyme 病抗体 IgG, IgM	Lyme 病 IgG Lyme 病 IgM		×	1mL×1 〃	5,000(IgG) 9,000(IgM)	
Toxo 抗体 IgG, IgM	Toxo IgG Toxo IgM		〃	〃 〃	3,000(IgG) 7,000(IgM)	
風しん抗体 IgG, IgM	風しん IgG 〃 IgM		〃	〃 〃	〃 〃	
CMV IgG, IgM	CMV IgG CMV IgM		〃	〃 〃	3,000(IgG) 9,000(IgM)	
TP (梅毒抗体)	TP 抗体		○	2mL×1 ～2mL×3	6,000 ～16,000	
TP (RPR)	TP (RPR)		○	1mL×1	4,000	
Accurun シリーズ infectrol	HCV 抗体・HBs 抗原・TP 抗体		○	3.5mL×1		A～E, 5濃度別発売

Accurun 遺伝子用コントロール	HIV，HCV，HBV など				21,00 ～60,000	

クリニカコーポレーション／(株)ベリタス

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
Immunology Control	IgG，IgA，IgM，C3，C4，CRP，RF，ASO 他15項目	3濃度	○	OEM，バルク供給	OEM，バルク供給	液状品，保存：2～8℃，36ケ月安定
Tumor Marker 〃	CA125，CA15-3，CA19-9，CEA 他10項目	〃	〃	〃	〃	〃 ，24 〃
Cardiac Marker 〃	CK-MB，Myoglobin，Troponin I，Troponin T，hsCRP，Digoxin	〃	〃	〃	〃	〃 ，
hCG 〃	hCG	〃	〃	〃	〃	〃 ，36 〃
hs-CRP 〃	hs-CRP	〃	〃	〃	〃	〃 ，
Combined APO AI/APO B Controls	Apo AI，Apo B	〃	〃	〃	〃	〃 ，24 〃
Lipid Control	TC，TG，HDL，LDL，ApoA1，ApoB	2濃度	○	OEM，バルク供給	OEM，バルク供給	液状品，保存：2～8℃，18ケ月安定

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
リガンドプラスコントロール	ホルモンなど24項目	3濃度	〃	5mL×15	50,000	
腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカ7項目	2濃度	〃	2mL×6	〃	

シスメックス(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
QAP トロール1X・2X	生化学用	正常・異常	×	5mL×5×2濃度	15,500	
UIBC トロール	UIBC	低，中，高濃度	〃	2mL 分×2×3濃度	8,000	
リクイチェック尿化学コントロール レベル1・2	尿化学検査用	正常・異常	○	10mL 分×12	22,000	
ISE トロール I・X	電解質用	正常値下限付近	×	3mL 分×5	4,500	
〃 II・X	〃	〃	〃	〃	〃	
GHb トロールⅨ・Ⅸ	グリコヘモグロビン用	正常・異常	〃	0.2mL 分×8	16,000	
グリコ Hb コントロール	〃	〃	○	65mg×4×2濃度	〃	

HDLコントロールL	HDL-コレステロール用	低値	〃	3mL分×6	13,000	
〃 M	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 H	〃	高値	〃	〃	〃	
ヴィラトロール	HBs抗原，HCV抗体，TP抗体，HIV抗体，HTLV-1抗体	2濃度	×	3mL分×3×2レベル	22,500	ウイルス不活化処理済み(液状加熱処理及びS/D処理)
ランリームコントロールA レベルI・II	AFP，CEA，フェリチン，PSA	低濃度・高濃度	○	6mL×各1	27,000	
〃 B レベルI・II	IgE，HBsAb，HBcAb	〃	〃	〃	18,000	
〃 C レベルI・II	β_2-マイクログロブリン，インシュリン	〃	〃	〃	24,000	
〃 D レベルI・II	HBsAg	〃	〃	〃	17,000	
〃 E レベルI・II	HCV-Ab	〃	〃	〃	〃	
セロトロール・Ⅸ	免疫血清用	低濃度・高濃度(項目により差あり)	×	2mL分×6	20,000	
〃 ・Ⅸ	〃	〃	〃	〃	〃	
デイドサイトロールレベル1	凝固検査用	正常	○	1mL×20	16,000	
〃 レベル2	〃	中度異常	〃	〃	〃	
〃 レベル3	〃	高度異常	〃	〃	20,000	
コアグトロールⅨ・Ⅸ	〃	正常・異常	×	1mL分×5×2	9,900	

(株)常光

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
分画トロール「常光」“ノーマル”	蛋白分画用	正常	○	0.5mL×10	18,000	1本約1週間使用可能
〃 “アブノーマル”	〃	異常	〃	〃	〃	〃
イオン電極用常用標準血清ISE-CRS	Na^+，K^+，Cl^-	高，中，低	〃	1.5mL×20	16,000	冷凍品
グリコヘモグロビンA_{1c}「二次標準」	安定化-HbA_{1c}	レベル1・2	〃			凍結乾燥品
透析用校正液D	透析液測定用		〃	2mL×20	24,000	液状
アイソトロールCK/LD	CK，LDHアイソザイム		○	0.5mL×10	18,000	凍結乾燥

積水メディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
セロノルム・ヒューマン	生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属・他	正常	○	5mL×10	18,000	Sero社製，販売：第一化学薬品
セロノルム	電解質・酵素・脂質・他	〃	〃	〃	〃	〃
パソノルムH	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃 L	〃	〃	〃	〃	〃	〃
オートノルム	〃	正常	〃	10mL×6	16,100	〃
セロノルム・ファルマカ レベル1	薬物血中濃度	治療域	〃	5mL×10	20,000	〃
〃 レベル2	〃	中毒域	〃	〃	〃	〃
セロノルム・リピッド	血清脂質	正常	〃	3mL×12	22,000	〃
〃 ・CRPコントロール	CRP	異常	〃	1mL×6×2濃度	15,000	

(株)テクノメディカ

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
液状常用標準血清 ISE-CRS	Na，K，Cl	中濃度	○	1mL	22,000	
〃 ISE-CRS三濃度	〃	高・中・低濃度	〃	1.5mL	30,000	

デンカ生研(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
液状キャリブレーター	生化学項目		○	5mL×10	14,000	
脂質キャリブレーターD	脂質項目		〃	1mL×5	5,000	
脂質コントロールI	〃		〃	1mL×10	10,000	
〃 II	〃		〃	〃	15,000	
酵素キャリブレータープラス「生研」	酵素項目		〃	1mL×6	13,500	
酵素コントロールプラス1・2「生研」	〃		〃	1mL×3×2濃度	〃	
イムノキューセラI-(L)	免疫血清項目	低値	〃	3mL×5	30,000	

〃　　-(H)	〃	高値	〃	〃	〃	
イムノキューセラII-(L)	〃	低値	〃	〃	〃	
〃　　-(H)	〃	高値	〃	〃	〃	
生研リキッドノーマルIプラス	生化学項目	正常	〃	1mL×30	13,500	
生研リキッドアブノーマルIプラス	〃	異常	〃	〃	〃	

東ソー(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
東ソーマルチコントロール	EIA用多項目コントロール	レベル1, 2, 3		各5mL×3本×3種		
HbA_{1c}キャリブレータ(JDS)	安定型HbA_{1c}	レベル1, 2	○	各4mL用×5本×2種	35,000	日本糖尿病学会HbA_{1c}標準化準拠
HbA_{1c}コントロールHSi	〃	〃	〃	各0.5mL用×4本×2種	17,000	

日水製薬(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
L-コンセーラI EX	30項目	低値	○	5mL×40本	27,000	
〃　II EX	〃	高値	〃	〃	48,000	
L-スイトロールI	33項目	低値	〃	3mL×40本	28,000	
〃　II	〃	高値	〃	〃	48,000	
〃　II EX	〃	脂質高値	〃	〃	52,800	
L-トライロール	27項目	I・II・III	〃	3濃度各3mL×2本	16,000	
液状イムノコンセーラI	CRP, RF, ASO, IgG, IgA, IgM, C3, C4	低値	〃	4mL×3本	45,600	
〃　II	〃	高値	〃	〃	50,400	

ニットーボーメディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノクエストL-I	IgG, A, M, C3, C4, CRP, Tf, Hp, α_1-AG, α_1-AT, PerAlb, RBP		○	2mL×6	15,600	液状コントロール

〃　L-II	〃		〃	〃	18,000	〃
〃　RF-I	リウマチ因子		〃	2mL×4	8,000	凍結乾燥品
〃　RF-II	〃		〃	〃	12,000	〃
〃　ARC-I	CRP，RF，ASO		〃	〃	11,000	〃
〃　ARC-II	〃		〃	〃	15,000	〃

バイオ・ラッド ラボラトリーズ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
ライフォチェック(凍結乾燥)/リクイチェック(液状) イムノアッセイプラスコントロール血清1,2,3	薬物・ホルモン・腫瘍マーカーなど86項目以上	低・中・高	○	(5mL×4)×3レベル	40,000	
リクイチェックスペシャル イムノアッセイコントロール1,2,3	Anti-Tg，Anti-TPO，IntacPTH，EPOなど特殊免疫項目	〃	〃	各5mL×3レベル	50,000	各レベル包装
〃 生化学コントロール血清1,2	生化学項目60項目以上	低・高	〃	各5mL×12	各30,000	表示値なし生化学コントロール血清1,2,3 5mL×25(各レベル別包装)
〃 〃	〃　40項目以上	〃	×	各10mL×25	各28,000	(各レベル別包装)
〃 腫瘍マーカーコントロール血清1,2	CEA，AFP，CA125，CA19-9等 重要な腫瘍マーカー	〃	○	(2mL×3)×2レベル	35,000	
リクイチェック 脂質コントロール血清1,2	HDLコレステロール，コレステロール トリグリセライド，リン脂質	〃	〃	各3mL×6	各11,000	(各レベル別包装)
〃 新生児検査用コントロール血清1,2	直接・間接・総ビリルビン，カリウム， マンガン，マグネシウム等	〃	〃	各4mL×6	各25,000	〃
〃 CK/LDアイソザイムコントロール血清1,2	CK・LD・タンパク分画，CK・LDH・ ビリルビン(総)，CK-MB	〃	〃	各1mL×6	〃	〃
〃 循環器疾患マーカーコントロール血清1,2,3	CK-MB，LD1，トロポニンI，トロポ ニンT，ミオグロビン，総CK	低・中・高	〃	(3mL×2)×3レベル	30,000	
〃 循環器疾患マーカーLTコントロール1,2,3	CK-MB，トロポニンI，T，ミオグロビン，ホ モシステイン，ジギトキシン，NT-proBNP	〃	〃	〃	〃	
ライフォチェック 定量用尿コントロール1,2	生化学，特殊物質，内分泌 毒物など60項目	正常・異常	〃	各10mL×12	各21,000	(各レベル別包装)
リクイチェック 尿検査用コントロール1,2	タンパク，グルコース，ビリルビン沈渣等	低・高	陽性・陰性	(12mL×5)×2レベル	15,000	尿試験紙・沈渣
〃 クォンティファイプラスコントロール1,2	尿定性項目，沈渣	〃	〃	〃	18,000	
〃 クォンティファイコントロール1,2	尿定性項目	〃	〃	(12mL×3)×2レベル	12,000	滴下タイプの容器
〃 尿化学コントロール1,2	化学分析器を利用する一般的尿検査用	〃	○	10mL×12	各22,000	(各レベル別包装)
ライフォチェック 妊娠検査用コントロール血清1,2,3	hcG，ホルモン，AFP，フェリチン等 ジギトキシン	低・中・高	〃	(5mL×4)×3レベル	55,000	
〃 貧血症コントロール血清	トランスフェリン，フェリチン，ビタミンB_{12}， プレアルブミン，フリーT_4，葉酸，TSH		〃	3mL×6	15,000	低値異常範囲に調製
〃 高血圧症マーカーコントロール1,2,3	ACTH，アルドラーゼ，コルチゾール，レニン	低・中・高	〃	(2mL×2)×3レベル	48,000	
リクイチェック イムノロジーコントロール血清1,2,3	アルブミン，ASO，CRP，IgA，IgM，RF など免疫検査一般	〃	〃	各1mL×6	各15,000	(各レベル別包装)
〃 リウマチ因子コントロール血清1,2,3	リウマチ因子	正常・やや高値・ 高値	〃	各2mL×6	各30,000	〃

〃 髄液コントロール1,2	アルブミン,クロール,グルコース,IgA,IgG,IgM,乳酸,ナトリウム等		〃	各3mL×6	各16,000	〃 ヒト脳脊髄液
ライフォチェック 全血コントロール1,2,3	シクロスポリン,鉛,葉酸（赤血球中）	低・中・高	〃	各2mL×6	各15,000	(各レベル別包装)
〃 ドラッグフリー血清	薬物濃度検出レベル以下			10mL×12	48,000	検体稀釈用
〃 ヘモグロビン A_2コントロール1,2	ヘモグロビン A_2，F，S		○	(1mL×2)×2レベル	80,000	異常ヘモブロビン
〃 糖尿病検査コントロール1,2	ヘモグロビン A_1，A_{1c}，F 総糖化ヘモグロビン	正常・異常	〃	(0.5mL×3)×2レベル	24,000	
ライフォチェックヘモグロビン A_{1C}リニアリティセット	ヘモグロビン A_{1C}測定の直線性の確認用	4濃度	〃	0.5mL×4レベル	25,000	
リクイチェック 血液学16項目用コントロール1,2,3	WBC，RBC，MCV，MCH，ヘマトクリットなど16項目	低・中・高	〃	(3mL×2)×3レベル	20,000	
〃 血液学16項目Tコントロール1,2,3	WBC，RBC，MCV，MCH，ヘマトクリット値など（白血球は3分画）	〃	〃	(5mL×4)×3レベル	60,000	
〃 血液学コントロールA，C	白血球5分画(機種別)	〃	〃			AはアボットA用，Cはコールター用
ライフォチェック 重金属測定用尿コントロール1,2	重金属，有機溶媒代謝物	低・高	〃	各25mL×10	各35,000	(各レベル別包装)
〃 内分泌コントロール血清1，2	エピネフリン,ノルエピネフリン,ドーパミン	〃	〃	(10mL×6)×2レベル	85,000	
リクイチェック エタノール/アンモニアコントロール1,2	エタノール，アンモニア	低・中・高	〃	各3mL×6	各15,000	〃
ライフォチェック 凝固コントロール1,2,3	PT,APTT,フィブリノーゲン(レベル1)	〃	〃	1mL×12	〃	〃
〃 凝固・線溶系検査用コントロール1,2,3	APTT，PT，TT，主な凝固因子など	〃	〃	各1mL×12	35,000	各レベル包装
リクイチェック Dダイマー検査用コントロール1,2,3	D-ダイマー	〃	〃	各1mL×6	10,000	〃
ライフォチェック 血液ガスコントロール1,2,3	pCO_2，pH，pO_2	〃	〃	各1.7mL×30	各15,000	(各レベル別包装)
血液ガスプラスEコントロール1,2,3	カリウム，ナトリウム，カルシウムイオン，pCO_2，pH，pO_2等	〃	〃	〃	各18,000	過酸化レベル-血液ガスプラスEコントロール4 ¥22,000(各レベル別包装)
〃 (グルコースレベル付)	グルコース，カリウム，ナトリウム，カルシウムイオン，pCO_2，pH，pO_2等	〃	〃	〃	各30,000	(各レベル別包装)
血液ガスプラスCo-OXIMETER1,2,3	ヘモグロビン，メトヘモグロビン，カルボシキヘモグロビン，デオキシヘモグロビン等	〃	〃	〃	各20,000	〃
精度管理用プログラム UNITY-PC						外部・内部精度管理用プログラム
〃 UNITY-POST（ユニティ）						〃
ライフォチェックイムノアッセイ TMJコントロール血清	イムノアッセイプラスコントロールにCA19-9，CA-125，CA15-3，シフラ，β_2ミクログロブリンを添加したもの	低・高	○	(3mL×3)×2レベル	39,000	
リクイチェック血清揮発性成分測定用コントロール1，2	アセトン，エチレングリコールなどの揮発成分測定用	低・高	〃	5mL×6	35,000	
ライフォチェク骨代謝マーカー尿コントロール1，2	骨形成・代謝の尿中マーカーの測定用	〃	〃	(2mL×3)×2レベル	80,000	
リクイチェック赤血球沈降速度測定用コントロール1，2	血沈測定用	正常・異常	〃	9mL×4	46,000	(各レベル別包装)
〃　網赤血球コントロール1・2・3	網赤血球のカウント用	低・中・高	〃	1mL×4	25,000	(各レベル別包装)
〃　ホモシスティンコントロール1，2	ホモシスティン測定用	低・高	〃	(1mL×3)×2レベル	30,000	
TDM EQAS(12 ANALYTES)	外部精度管理プログラム付き TDMコントロール	12種類	×	5mL×12	135,000	2週間サイクル
〃　(25 ANALYTES)	〃 〃	〃	〃	〃	210,000	〃

IMMUNOASSAY EQAS 1	〃 イムノアッセイコントロール	〃	〃	〃	136,000	〃
〃 2	〃	〃	〃	〃	155,000	〃
〃 3	〃	〃	〃	1mL×12	131,000	〃
〃 4	〃	〃	〃	〃	121,000	〃
CHEM EQAS(17 ANALYTES)	〃 生化学コントロール	〃	〃	5mL×12	137,000	〃
〃 (35 ANALYTES)	〃	〃	〃	〃	165,000	〃
リクイチェック自己免疫疾患測定用コントロール	ANA(Homogeneous, Speckled, Centromere, Nucleolar, EIA Screen), ENA EIA Screen, Anti-RNP, Anti-Sm, SSA, Anti-SSB, Anti-Jo-1, Anti-Scl-70, Anti-ds-DNA			0.5mL×2 〃 3 〃 4	12,000～ 20,000	
リクイチェック ToRCH プラスコントロール	トキソプラズマ,風疹,サイトメガロウイルス,ヘルペス,ピロリ,水痘,EB,トリポネ,マバリーダム抗体など	陰性・弱陽性 陽性	○	3mL×3	30,000～ 50,000	レベル別売
メトトラックコントロール1,2,3	POCT 装置用のグルコース，ヘマトクリット，ヘモグロビン	低・中・高	〃	(2mL×2)×3レベル	14,000	全血タイプ
リクイチェック感染症コントロールマルチ I	Anti-HIV-1, Anti-HTLV-Ⅰ, Anti-HCV, Anti-HBc, HBsAg, Anti-CMV	陽性		5mL×1本		冷蔵液状品
マルチ II 〃	Anti-HAV, Anti-HBs	〃		〃		〃
HIV-2 〃	Anti-HIV-2	〃		〃		〃
マルチ陰性 〃	Anti-HIV-1&2, Anti-HTLV-Ⅰ&Ⅱ, Anti-HBc IgM, Anti-HAV IgM, Anti-HCV, Anti-HBc, Anti-HBe, HBsAg, HBeAg, Anti-CMV, Anti-HAV, Anti-HDV, Anti-HBs, Syphilis IgG&IgM, RPR negative	陰性		〃		〃
ToRCH 〃	TOXO IgG, Rubella IgG, CMV IgG, HSV-1 IgG, HSV-2 IgG	陽性		〃		〃
マルチIII 〃	Anti-HAV, Anti-HAV IgM, Anti-HBc IgM, HBeAg	〃		〃		〃
マルチIV 〃	Anti-HBe	〃		〃		〃
ToRCH 陰性 〃	ToRCH negative	陰性		〃		〃
MUMZ 〃	Mumps IgG, Measles IgG, VZV IgG	陽性		〃		〃
SYPHILIS 〃	Syphilis IgG&IgM, RPR	〃		〃		〃
MUMZ 陰性 〃	MuMZ negative	陰性		〃		〃
HAV-IgM 〃	HAV IgM	陽性		〃		〃
WNV 〃	Anti-West Nile Virus IgG&IgM	〃		〃		〃
ToRCH IgM 〃	TOXO IgG&IgM, Rubella IgG&IgM, CMV IgG&IgM, HSV-1 IgG, HSV-2 IgG	〃		〃		〃
EBV 〃	VCA IgG&IgM, EBNA IgG	〃		〃		〃
EBV 陰性 〃	EBV negative	陰性		〃		〃
LYME 〃	*Borrelia burgdorferi* IgG	陽性		〃		〃
HBc-IgM 〃	HBc IgM	〃		〃		〃
HBeAG 〃	HBeAg	〃		〃		〃

ベックマン・コールター(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
トライアド レベル1	生化学一般，血漿蛋白，TDM	正常域(低レベル)	×	20mL×10		−15〜20℃保存．液状で凍結しません．安定で経済的です．プラボトル入り．
〃 2	〃	〃 (高レベル)	〃	〃		〃
〃 3	〃	異常域(高レベル)	〃	〃		〃
シンクロン—コントロール レベル1	生化学，血漿蛋白，TDM	(低レベル)	○	20mL×3		〃
〃 2	〃	(中レベル)	〃	〃		〃
〃 3	〃	(高レベル)	〃	〃		〃
Vigil Protein コントロール レベル1	血漿蛋白	低濃度域	〃	5mL×4		〃
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃
Vigil Serology レベル C	高感度 CRP 用	正常域	〃	〃		2〜8℃で保存．安定で経済的です．プラボトル入り．
Vigil Serology レベル1	CRP，ASO，RF 測定用	低濃度域	〃	5mL×3		〃
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃
Vigil TDM コントロール レベル1	ジゴキシン，てんかん薬など測定用	低 〃	〃	3mL×3		〃
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃

(株)ミズホメディー

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
ケムトラック レベル1	電解質，酵素，脂質，含窒素，他	正常	×	15mL×10	33,000	
〃 レベル3	〃	異常	〃	〃	37,000	
リキューム コントロール レベル1	T3，T4，TSH 等ホルモン，薬物，微量蛋白58成分	定値	○	5mL×6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール
〃 レベル2	〃	中値	〃	〃	〃	〃
〃 レベル3	〃	高値	〃	〃	〃	〃
T-マーカーコントロール レベル1	AFP，CA-125，CA15-3，CA19-9 CEA，PSA 等主な腫瘍マーカー20成分	定値	〃	3mL×6	〃	〃

〃　レベル2	〃	中値	〃	〃	〃	〃
〃　レベル3	〃	高値	〃	〃	〃	〃

三菱化学メディエンス(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
イアトロセーラ CC-I	酵素，脂質，電解質，CRP，他	低濃度	○	5mL用×10	15,000	
〃　CC-II	〃	高濃度	〃	〃	〃	
〃　IM-I	免疫・血清	正常	〃	2mL用×4	18,400	
〃　IM-II	〃	異常	〃	〃	〃	
〃　THレベルI	凝固・線溶マーカー	正常	〃	0.5mL用×6	12,000	
〃　THレベルII	〃	異常	〃	〃	〃	
CON6	ホルモン，他	低・中・高濃度	〃	6mL×2×3濃度	20,000	米国・SIEMENS社製
ヒーモスアイエル ノーマルコントロール	凝固時間項目	正常	○	1mL用×10		
〃　ローアブノーマルコントロール	〃	異常	○	〃		
〃　ハイアブノーマルコントロール	〃	〃	○	〃		
〃　低フィブリノゲンコントロール血漿	フィブリノゲン	〃	○	〃		
〃 スペシャルテストコントロール レベルI	凝固因子，AT，PC，PS，VWF，他	〃	○	〃		
〃 スペシャルテストコントロール レベルII	〃	〃	○	〃		
ヘモライアンス HQCコントロール血漿	凝固時間項目	正常・異常	×	各0.5mL×5		

ロシュ・ダイアグノスティックス(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
HbA_{1c}コントロール N「ロシュ」0.5mL用	HbA_{1c}	正常	○	0.5mL用×4		
〃　「ロシュ」〃	〃	異常	〃	〃		

和光純薬工業(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格(円)	備考
液状コントロール血清Ⅰワコー	生化学	正常	○	5mL×10	14,000	
〃 Ⅱワコー	〃	異常	〃	〃	〃	
コントロール血清Ⅰワコー/BR	〃	正常	〃	5mL用×10	13,000	
〃 Ⅱワコー/BR	〃	異常	〃	〃	〃	
LYPHOCHEK-IAプラス	ホルモン・腫瘍マーカー・血中薬物	3濃度	〃	5mL用×4×3	40,000	
LYPHOCHEK 腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカー	2濃度	〃	2mL用×3×2	35,000	
免疫コントロールⅠワコー	血漿蛋白	正常	〃	2mL×4	28,000	
〃 Ⅱワコー	〃	異常	〃	〃	〃	
ドライヘマト 血液凝固コントロール血漿 レベル1	PT, APTT, Fib, TB, HPT	正常	〃	0.5mL用×10	12,000	
〃 レベル2	〃	中等度異常	〃	〃	〃	
〃 レベル3	〃	高等度異常	〃	〃	〃	
LYPHOCHEK 定量用尿コントロールノーマル(1)	尿	正常	〃	10mL用×12	21,600	
〃 〃 アブノーマル(2)	〃	異常	〃	〃	〃	

展示会社・主要製品紹介

アークレイ株式会社

〒604-8153 京都市中京区烏丸四条上ル笋町689 京都御幸ビル10F

設立年月日：	昭和38年9月26日
資本金：	7億9,300万円
代表者名：	土井 茂
従業員数：	230名 ＊グループ企業全体1,165名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.arkray.co.jp
工場所在地：	〒520-3306：甲賀市甲南町柑子1480㈱アークレイファクトリー
	TEL：0748-86-6833㈹ FAX：0748-86-6898
研究所所在地：	〒601-8045：京都市南区東九条西明田町57
	TEL：075—672—5311㈹
商品問合せ先：	アークレイマーケティング株式会社 学術センター
	TEL：050—5527—7701 FAX：03—3358—8536

〔展示主要商品〕

デンシトメトリー分析装置／スポットケム™IL SL-4720

特長：イムノクロマト法によるインフルエンザ，CRP検査をA4サイズのコンパクトボディで測定可能。操作が容易かつ試薬に手書きした文字の印字機能を有し，検査の効率化に貢献。

〔取扱い商品〕

○尿化学検査／尿中有形成分分析システム
- オーションアイキュー™ IQ-5210
- オーションマックス™ AX-4030
- オーションイレブン™ AE-4020
- ポケットケム™UA PU-4010

○糖尿病検査システム
- アダムス™エーワンシー HA-8170
- アダムス™グルコース GA-1152
- アダムス™グルコース GA-1170

○簡易検査システム
- スポットケム™IL SL-4720
- スポットケム Dコンセプト™ SD－9810，SD－3810，SD－4810，SD－4820
- スポットケム™EZ SP-4430
- スポットケム™EL SE-1520
- スポットケム™IM SI－3511
- スポットケム™バイダス SV-5020
- スポットケム™CL SB-1420
- ポケットケム™BA PA-4130
- スポットケム™SG SG-1220
- スポットケム™CL SB-1430

○浸透圧検査システム
- オズモステーション™OM-6060

Instrumentation Laboratory アイ・エル・ジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2—2—15 浜松町ゼネラルビル

設立年月日：	平成14年7月22日
資本金：	9,000万円
代表者名：	サンティアゴ ラモス
従業員数：	
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： クリティカルケアー
	TEL：03—3437—6350 FAX：03—3437—6352

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEM プレミア3000，GEM プレミア4000

特長：電極及び流体系に触れることなくカートリッジを交換（3週／4週／30日に1回）するだけの完全なメンテナンスフリーを実現。血液ガス，電解質，グルコース，ラクテート及びCO-オキシまで臨床検査の幅広いニーズにお応えします。

〔取扱い商品〕
- チケットプリンター
- 精度管理溶液
- 測定用カートリッジ
- 測定用カートリッジ（iQM）

アイエスケー株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島4－9－12

設立年月日：	昭和37年7月5日
資本金：	2,000万円
代表者名：	中島 洋一
従業員数：	25名
E－mail：	yes@isk-tokyo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.isk-tokyo.co.jp
工場所在地：	〒120-0003：足立区東和3－5－4
	TEL：03—3620—1003
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3812—0191　　FAX：03—3812—9284

〔展示主要商品〕

全血血小板凝集能測定装置／WBA-Neo　・コラーゲンコートビーズ

特長：●血球成分存在のまま（全血），in vivo により近い条件下で測定できます。●全血0.8mL を使用し4濃度の凝集惹起物質で測定したデータから閾値を算出してグレードで測定します。

〔取扱い商品〕

・看護用品
・介護用品
・集団検診用品
・臨床検査機器・用品

株式会社アイディエス

〒861-8038 熊本市長嶺東8－14—30

設立年月日：	1987年11月
資本金：	5,000万円
代表者名：	伊藤 照明
従業員数：	370名
E－mail：	ids@idsma.com
URL(ホームページ)：	http://www.idsma.com
工場所在地：	〒861-8038：熊本市長嶺東8－14—30
	TEL：096—380—4225
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：096—380—4225　　FAX：096—389—2077

〔展示主要商品〕

自動分注装置／IDS-3000・検体搬送システム／IDS-880シリーズ

特長：大型システムの機能を凝縮。省スペースに検体搬入，血餅検出，栓抜き，子検体供給，分注，仕分け搬出機能を標準装備。弊社搬送システムユニットとの接続や，検体自走車との接続も可能です。

〔取扱い商品〕

●検体搬送システム　**IDS-880シリーズ**
・個々の機能がユニット化された，フレキシブルな1本搬送システム。
●自動分注装置　**IDS-2000・IDS-3000シリーズ**
・従来の大型システム機能を凝縮した，省スペース分注装置。
●分注チップ整列装置　**AT-4000シリーズ**
・検査業務の前工程である，ディスポチップ準備を自動化する装置。
●サンプルチューブ整列装置　**ATF-3000シリーズ**
・検査業務の前工程である，サンプルチューブ準備を自動化する装置。
●採血管ナンバリング装置　**SNS シリーズ**
・検体受付業務を自動化する装置。
●検体自走車・搬送ラインの問題点である作業動線を解決する搬送装置。
●自動開栓装置　**AZO シリーズ・TSD シリーズ**
・検体受付業務と検体の開栓を自動化する装置。

アイテック阪急阪神株式会社

〒553-0001 大阪市福島区海老江1—1—31

設立年月日：	昭和62年7月1日
資本金：	2億円
代表者名：	河原 伸吉
従業員数：	620名（平成19年10月現在）
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http//www.itec.hankyu-hanshin.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療事業本部
	TEL：東京：03—3798—1011／大阪：06—6456—5223 FAX：東京：03—3798—1028／大阪：06—6456—5252

〔展示主要商品〕

総合臨床検査システム／MELAS-i

特長：検査業務の精度向上・迅速化・効率化・データ活用をポイントに，長年蓄積した業務ノウハウが組み込まれた，病院IT化に貢献するクライアント／サーバ型総合臨床検査システムです。

〔取扱い商品〕

■総合臨床検査システム「MELAS-i」
- 検体検査システム
- 微生物検査システム
- 輸血管理システム
- 生理検査システム

■病理診断支援システム「PathMate」
■検査結果Web参照システム
■健康管理システム「TOHMAS-i」
■健康増進支援システム「TOHMAS-i Followup」
■感染制御支援システム

株式会社 アキュレックス

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3—31—8

設立年月日：	昭和58年3月
資本金：	1,000万円（授権資本金 4,000万円）
代表者名：	代表取締役社長　熊城 憲一
従業員数：	11名
E—mail：	info@acuraks.com
URL(ホームページ)：	http://www.acuraks.com
工場所在地：	〒103-0007：中央区日本橋浜町3—31—8
	TEL：03—3639—5751
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	営業部
	TEL：03—3639—5751　　FAX：03—3639—5754

〔展示主要商品〕

イムノアッセイ関連製造機器／全自動イムノアッセイストリップ/デバイス組立機，全自動リールトゥーリールラミネーター

特長：全自動イムノアッセイストリップ/デバイス組立機：全自動でイムノアッセイカードをストリップに裁断し，パーツフィーダーで供給されたデバイスへストリップを挿入。何種類かの検査項目を経て，最終的にカバーデバイスを装着して完成。詳細な内容については弊社ブースにてお問い合わせ下さい。

全自動リールトゥーリールラミネーター：全自動でメンブレン，吸収パッド等，様々な部材を張り合わせ，設定したカード長さで裁断し，完成。詳細な内容については弊社ブースにてお問い合わせ下さい。

〔取扱い商品〕

① 米国IVEK社製微量液体充填及び超精密液体噴霧システム
② 韓国ZETA社製イムノアッセイ関連製造機器

他，様々な業界向けの製造機器を取り扱っております。

アジア器材株式会社

〒194-0022 町田市森野2—27—12

設立年月日：	
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役　岩佐 和彦
従業員数：	50名
E—mail：	info@asiakizai.co.jp.
URL(ホームページ)：	http://www.asiakizai.co.jp
工場所在地：	〒229-1124：相模原市田名49
	TEL：042—762—2703
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　本社営業部
	TEL：042—723—4670　　FAX：042—728—0163

〔展示主要商品〕

試験管／オートチューブ丸底／スピッツ／サンプルカップ

特長：オートチューブ丸底及びスピッツは，自動化学会推奨サイズの試験管（13φ75mm）で，バーコードを貼りやすい設計になっております。また，少量検体にも対応可能なスピッツ・タイプもございます。

〔取扱い商品〕

○サンプルカップ類　各種
○試験管類　各種
○スポイト類　各種
○喀タン処理器　各種
○検査コップ　各種
○オートクレーブ滅菌処理用バッグ
○病理用包埋カセット
○試験管立・サンプルカップ立

株式会社 アステックコーポレーション

〒554-0012 大阪市此花区西九条1—4—10

設立年月日：	昭和59年3月25日
資本金：	5,000万円
代表者名：	上嶋 一生
従業員数：	126名
E—mail：	honsha@astech. co. jp
URL(ホームページ)：	http://www. astech. co. jp
工場所在地：	〒553-0007：大阪市福島区大開3—1—10
	TEL：06—6463—5698
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：06—6466—1679　　FAX：06—6466—1266

〔展示主要商品〕

採血室業務支援システム／Hospy KOLabo

特長：病院内での採血・採尿等の検体検査のオーダ情報に対して，患者さんの受付，採血待ち順番案内表示，採血場所への呼び込み，採血管や尿カップなど検体容器の準備，採血の実施情報等をトータル的に処理，管理できるシステムです。

〔取扱い商品〕

■採血室業務支援システム Hospy KOLabo
■患者案内表示システム Hospy Window
■インシデント・アクシデント報告システム Hospy Report
■クロス認証 PKI システム Hospy 太鼓判
■ラベルプリンタ：F-20
■バーコードリーダー BRL シリーズ
■磁気カードリーダー：SKT シリーズ
■リストバンド発行システム：Hospy Secure

アボット ジャパン株式会社

〒106-8535 東京都港区六本木1－9－9

設立年月日：	昭和58年9月1日（創業 昭和37年2月15日）
資本金：	22億6,700万円
代表者名：	池田 勲夫
従業員数：	1,975名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.abbott.co.jp
工場所在地：	〒270-2214：松戸市松飛台278
	TEL：047—385—2211
研究所所在地：	〒270-2214：松戸市松飛台278
	TEL：047—386—4710
商品問合せ先：	担当部門 ： カストマーサポートセンター
	TEL：0120—031441 FAX：

〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置／
ARCHITECT アナライザー *i*2000SR（生化学分析装置との連結タイプ）

特長：CLIA法（ケミフレックス）を採用した最新の分析装置。
1時間当たり200テストの処理能力，最大25項目のランダムアクセスなど多くの特徴を有しています。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査：「AxSYM アナライザー」「ARCHITECT アナライザー *i*2000」「ARCHITECT アナライザー *i*2000SR」「IMx アナライザー」「ARCHITECT アナライザー *i*1000SR」「TDx FLx アナライザー」
■全自動総合血液学分析装置セルダインシリーズ：
(1)セルダイン SAPPHIRE (2)セルダイン3700 (3)セルダイン3200
(4)セルダイン1800 (5)セルダイン SMS (6)セルダイン RUBY
■簡易測定シリーズ：エクシード（血糖自己測定器），プレシジョン PCx（血糖自己測定器）
■遺伝子検査用（研究用を含む）：「Abbott *m*2000sp 自動核酸抽出装置」ViroSeq™HIV ジェノタイピング試薬，HLA SBT タイピング試薬 Vysis™DNA FISH プローブ

ARAM® アラム株式会社

〒530-0043 大阪市北区天満2－3－10

設立年月日：	昭和46年10月1日
資本金：	5,000万円
代表者名：	代表取締役 荒木利一
従業員数：	27名
E－mail：	info@aram.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.aram.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL： FAX：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	本社営業部
	TEL：06—6351—8860 FAX：06—6351—8856

〔展示主要商品〕

プラスチックカップリング／CPC カップリング

特長：液体・気体配管においてワンタッチで接続・切り離しのできるプラスチックカップリングです。バルブ内蔵タイプや液モレの少ないノンスピルタイプのカップリングもあります。

〔取扱い商品〕

CPC カップリング，チューブコネクター，アラムロック，アラムネック，各種分析用チューブ，各種実験用チューブ，食品用チューブ・ホース，医用チューブ，真空ホース，各種キャップ，インジェクション成型品，真空成型品，樹脂加工品，ゴム成型品，ゴム加工品

ALOKA アロカ株式会社

〒181-8622 三鷹市牟礼6—22—1

設立年月日：	1950年1月20日
資本金：	64億6,500万円（2007年3月31日現在）
代表者名：	取締役社長　吉川 義博
従業員数：	1,062名（2007年3月現在）
E—mail：	cle-sle2@am.aloka.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.aloka.co.jp
工場所在地：	〒198-8577：青梅市今井3—7—19
	TEL：0428—32—3111
研究所所在地：	〒198-8577：青梅市今井3—7—19
	TEL：0428—32—3111
商品問合せ先：	担当部門　：　医用分析システム営業部
	TEL：0422—45—5502　　FAX：0422—45—7751

〔展示主要商品〕

検体処理システム／検体前処理分注装置

特長：検体検査における開栓，分注など，煩雑で感染の危険性がある前処理工程を自動化する装置です。

「検体処理システム」は，機能別のユニットで構成されたシステムで，施設規模に柔軟に対応できます。

「検体前処理分注装置」は，前処理工程の中の開栓，分注機能を凝縮，小型化した装置です。いずれも，自動分析装置と搬送接続することにより，検体検査工程の効率化に貢献いたします。

〔取扱い商品〕

超音波診断装置，骨粗鬆症診断装置，検体検査装置，放射線測定装置，バイオ関連装置

MBL 株式会社医学生物学研究所

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-10 住友商事丸の内ビル5F

設立年月日：	昭和44年8月23日
資本金：	22億2,860万円
代表者名：	西田 克彦
従業員数：	216名（2008年3月現在）
E—mail：	info@mbl.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.mbl.co.jp
工場所在地：	〒396-0002：伊那市手良沢岡1063-103
	TEL：0265-76-1777
研究所所在地：	〒396-0002：伊那市手良沢岡1063-103
	TEL：0265-76-1777
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬事業部
	TEL：052-971-2083　　FAX：052-971-2337

〔展示主要商品〕

自己免疫疾患検査試薬

特長：自己免疫疾患検査試薬（全般），関節リウマチ検査試薬（抗CCP抗体），腫瘍マーカー測定試薬（p53抗体，BCA225，NMP22），全自動EIA測定／IF染色兼用装置（AP22 Speedy IF），ELISA/IFA全自動分析装置（Quad-MACS）

〔取扱い商品〕

機器　・細胞診　PrepStainシステム　・全自動EIA測定／IF染色兼用装置　AP22 Speedy IF　・スライドフロスト印刷機　CFM-30

臨床検査試薬

- IF法ANA，抗DNA，抗セントロメア，AMA/ASMA，ANCA
- ELISA法ANA，抗CCP抗体，抗ds/ssDNA，抗ENA，抗セントロメア，抗ミトコンドリアM2，抗カルジオリピン，RF，ヘリコバクター・ピロリ，抗LKM-1，MMP-3，ANCA，抗Dsg，クラミジアトラコマチス抗体，クラミジアニューモニエ抗体，抗サイログロブリン，抗甲状腺ペルオキシターゼ
- 腫瘍マーカー測定試薬（p53抗体，BCA225，NMP22）
- 免疫比濁法試薬「TAC-2，TAC-3，TAC-4，TAC-Lテスト」各種血漿蛋白の測定に対応
- 病理染色　病理抗体，フローサイトメトリー用など各種

株式会社イワキ

〒101-8558 東京都千代田区神田須田町2－6－6

設立年月日：	昭和31年4月10日
資本金：	3億8,000万円
代表者名：	藤中 義昭
従業員数：	767名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	iwakipumps.jp
工場所在地：	〒350-1328：狭山市広瀬台2－1－4
	TEL：04－2954－5121
研究所所在地：	〒354-0041：入間郡三芳町藤久保554
	TEL：049－258－1411　FAX：049－259－1249
商品問合せ先：	担当部門　：　本社　企画部
	TEL：03－3254－2934　FAX：03－5295－8571

〔展示主要商品〕

ダイレクトポンプ／RDシリーズ

特長：RDシリーズは樹脂製（キャンド式）ダイレクトタイプの小型渦巻きポンプです。駆動源にはRDブラシレスモータを採用。水漏れのないシールレス構造など数々の特長が幅広いニーズに対応します。

〔取扱い商品〕

「高品質・シンプルな小型DCポンプ」

樹脂製・キャンド式小型渦巻きポンプ・RDシリーズ，カーボンや油の混入がなく，クリーンな圧縮・吸引・移送が行えるダイヤフラム式のエアーポンプ・APNシリーズ，気液混合移送用設計のAPN-Wシリーズ，バルブレス構造のためエアーロック無しで高精度な注入が可能な定量ポンプ・Vシリーズ，コンパクトなシールレスギヤポンプ・MDGシリーズなど，臨床用自動分析のあらゆるシーンに対応します。

inverness medical インバネス・メディカル・ジャパン株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル18F

設立年月日：	2005年6月23日
資本金：	3億円
代表者名：	唐沢 清紀
従業員数：	160名（平成19年12月3日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	www.invmed.co.jp
工場所在地：	〒270-2214：松戸市松飛台357
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：同　上
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様相談室
	TEL：0120－1874－86　FAX：03－5326－7177

〔展示主要商品〕

BinaxNOW肺炎球菌

特長：BinaxNOW肺炎球菌は，特殊な器具や操作を必要とせず，迅速かつ高感度に検出が行える肺炎球菌検査キットです。尿検体に浸した綿棒をテストパネルに挿し，試薬を加えて15分です。簡便な操作と判りやすい判定方法で，現場のニーズに応えます。

〔取扱い商品〕

●尿中の肺炎球菌莢膜抗原の検出；BinaxNOW肺炎球菌
●尿中のレジオネラニューモフィラ血清型1LPS抗原の検出；BinaxNOWレジオネラ●ストレップA抗原検出；ストレップA検出；BinaxNOWストレップA，クリアビューストレップA
●インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原検出；クリアビューInfluenza A/B●クラミジア抗原検出；クリアビュークラミジア●HBs抗原検出；ダイナスクリーン・HBsAg II
●抗HIV-1抗体および抗HIV-2抗体検出；ダイナスクリーン・HIV-1/2
●抗トレポネーマパリダム抗体検出；ダイナスクリーン・TPAb
●骨代謝マーカーNTx検出;オステオマークNTx血清,オステオマーク
●尿中のLH検出；クリアビューEASY LH
●尿中のhCG検出；クリアビューEASY HCG
●便潜血検出；ダイナスクリーン・ヘモ

ウシオ電機株式会社

〒100-8150 東京都千代田区大手町２－６－１

設立年月日：	1964（昭和39年）年３月
資本金：	195億円
代表者名：	代表取締役社長　菅田 史郎
従業員数：	4,782名
E－mail：	banalyst@ushio.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.ushio.co.jp
工場所在地：	〒671-0224：姫路市別所町佐土1194
	TEL：079－252－4381（代表）
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：　　同上　FAX：079－253－6262
商品問合せ先：	担当部門　：メディカルシステム部営業グループ
	TEL：03－3242－0694　FAX：03－3242－2700

〔展示主要商品〕

移動式遠心方式臨床化学分析装置／バナリスト

特長：バイオチップを血液分析に応用。測定装置に遠心分離機構を有しており，全血検体を使用して，画期的な簡便操作を実現しました。また，必要採血量も世界最少級です。

〔取扱い商品〕

☆バナリストエース

採血量は４μLで測定が可能です。CRPの測定が可能で，追加項目も用意しています。

遠心分離装置を内蔵しており，全血から血清を全自動で分離することができ，簡便操作を実現しました。

チップはディスポーザブルなので，装置内は洗浄不要で衛生的に保てる設計です。

☆マルチバナリスト

５項目を同時に測定するエースの多項目版です。

項目測定は特定検診に必要な項目を取り揃えております。

今後，項目は順次追加予定です。

A&T 株式会社 エイアンドティー

〒220-0005 横浜市西区南幸２－20－５ 東伸24ビル

設立年月日：	1978年５月25日
資本金：	５億7,761万円
代表者名：	代表取締役社長　礒村　健二
従業員数：	359名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.aandt.co.jp/
工場所在地：	〒023-1101：奥州市江刺区岩谷堂字松長根63－２
	TEL：0197－35－0005
研究所所在地：	〒252-0816：藤沢市遠藤2023－１
	TEL：0466－86－8660
商品問合せ先：	担当部門　：営業ユニット
	TEL：045－317－1253　FAX：045－317－1280

〔展示主要商品〕

検体検査自動化システム／CLINILOG
臨床検査情報システム／CLINILAN

〔取扱い商品〕

検体検査自動化システム	：CLINILOG
統合型 検査室リソースプランニングシステム	：CLINILAN LRP Suite
電解質分析装置	：EA07
グルコース分析装置	：GA05，GA08II
化学発光免疫測定装置	：MI02
血液凝固分析装置	：CG02，CG101
血球計数装置	：MYTHIC18(J)，MYTHIC22OT(J)
臨床検査試薬	：生化学検査試薬，免疫血清検査試薬
血液凝固分析装置専用試薬	：ドライヘマト

※小型機器・試薬販売とカスタマサポートは㈱アットウィルが行います。

栄研化学株式会社

〒110-8408 東京都台東区台東4—19—9 山口ビル7

設立年月日：	昭和14年2月20日
資本金：	68億9,773万円
代表者名：	代表執行役社長　寺本　哲也
従業員数：	648名
E—mail：	webmaster@eiken.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.eiken.co.jp
工場所在地：	〒329-0114：下都賀郡野木町野木143
	TEL：0280—56—1221　FAX：0280—56—0443
研究所所在地：	〒329-0114：下都賀郡野木町野木143
	TEL：　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業管理室
	TEL：03—5846—3261　FAX：03—5846—3273

〔展示主要商品〕

新型フローセル採用　全自動尿分析装置／US-3100R plus

特長：高度な画像解析能力をベースに10%超の処理能力拡大で大量検体への対応もパワーアップした全自動尿分析装置です。①276検体／時間の高速処理能力　②新型フローセル採用　③2タイプの試験紙でランダム測定可能　④最低必要量が1mLの微量検体測定　⑤健診最適なモード設定　⑥尿中有形成分分析装置と搬送接続可能

使いやすさを精度に　尿自動分析装置／US-2200

特長：国内最高速の処理能力，セミオートタイプの尿自動分析装置です。①720検体／時間のトップパフォーマンスは少量から大量検体まで余裕の処理能力　②試験紙全体をカラーCCDセンサでスキャンニングすることでデータの精度・再現性を向上　③日本語表示の分かりやすい大型カラー液晶タッチパネルを採用　④試験紙に剤型識別コードを採用

品質の向上を重ねて　便潜血測定装置／OCセンサーDIANA

特長：高性能のままコンパクト。省力化とサイズダウンを同時に実現しました。①280検体／時間の高速連続測定　②試薬バーコード登録による検量線管理機能　③検量線は希釈から測定までフルオート。さらにリトライモード搭載　④検査効率を高める分析中追加・緊急割込機能

株式会社エクセルクリエイツ

Excel Creates

〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2—3—5 第18松屋ビル1005号

設立年月日：	平成16年4月
資本金：	1,300万円
代表者名：	棚田　誠
従業員数：	12名
E—mail：	tanada@excel-creates.jp
URL(ホームページ)：	http://www.excel-creates.jp
工場所在地：	〒542-0061：大阪市中央区安堂寺町2—3—5
	TEL：06—6766—2202
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：06—6766—2202　FAX：06—6766—2201

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／FORZ

特長：検体検査データ・健診データ・画像データを1台のPCで管理でき，検索することができます。

〔取扱い商品〕

臨床検査システム
健診システム
画像ファイリングシステム
在庫管理システム

エッペンドルフ株式会社

〒101-0031 東京都千代田区東神田2－4－5

設立年月日：	1997年7月1日
資本金：	4億円
代表者名：	アンドレアス　クリューガー
従業員数：	40名
E－mail：	info@eppendorf.jp
URL(ホームページ)：	http://www.eppendorf.com/jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング
	TEL：03－5825－2361　　FAX：03－5825－2365

〔展示主要商品〕

マイクロピペット／リファレンス

特長：高い精度，スムーズなストローク，コンパクトで強いボディー。ピペット全体がオートクレーブ可能です。単一のボタンで，サンプルの吸引，排出，チップのエジェクトを行います。

〔取扱い商品〕

マイクロピペット　リサーチF／V／M：チップのエジェクトを別のボタンで行うピペットです。マルチチャンネルのタイプも用意しています。ピペット下部のボトムパーツはオートクレーブ可能です。

マイクロ遠心機　5424：マイクロ遠心機5415Dの後継機として小型で高性能な遠心機5424を開発しました。

汎用遠心機　5702：コンパクトで省スペースな汎用遠心機です。

連続分注ピペット　マルチペットプラス4981：専用チップ，コンビチッププラスを使い，1μLから10mLまで112通りの分注が可能です。

電動連続分注ピペット　マルチペット　stream／Xstream：ダイアルで分注モードの選択ができます。

NEC NECソフト株式会社

〒136-8608 東京都江東区新木場1－18－6

設立年月日：	1975年9月
資本金：	86億6,800万円
代表者名：	代表取締役執行役員社長　国嶋 矩彦
従業員数：	4,729名（単体）
E－mail：	info@necsoft.com
URL(ホームページ)：	http://www.necsoft.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：　　FAX：
研究所所在地：	：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　医療ソリューション事業部
	TEL：0120－632－364　　FAX：

〔展示主要商品〕

LIMS／バイオプリズム

特長：FDA 21CFR PART II準拠のサンプルおよびデータファイル管理ソフトウエア

〔取扱い商品〕

コンサルテーション，システムインテグレーション，ソフトウエアパッケージ，教育（トレーニング），各種業務システムの開発，システム運用支援，基本ソフトウエアと汎用アプリケーションパッケージの開発，ASP（アプリケーションサービス）

EPSON エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6—24—1 西新宿三井ビル24F

設立年月日：	1983年5月20日
資本金：	40億円
代表者名：	平野 精一
従業員数：	1,487名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.epson.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： インフォメーションセンター
	TEL：050—3155—7020

〔展示主要商品〕

サーマルラベルプリンタ／TM-L90

特長：TM-L90はコンパクトなサーマルラベルプリンタ。最大毎秒150mmの高速印字でバーコードや2次元シンボルなどもスピーディーに印刷でき，検体ラベルや医療材のパッケージラベルなどに最適なプリンタです。また，型取されていない全面ラベルロール紙にも対応しオートカッターで様々なサイズのラベルを出力することができます。

業務用小型カラーインクジェットプリンタ／TM-C100

特長：TM-C100は横幅21cmの小型業務用カラーインクジェットプリンタ。ロール紙タイプとASFタイプを用意し様々な用途でお使い頂けます。様々な情報をカラーでラベルに印刷することで注意を促すことができます。また，顔料インクを採用し出力後の耐水性・保存性にも優れています。

〔取扱い商品〕

エプソンはビジネスの現場で生まれる様々なニーズにきめ細かく応えるために，幅広いラインナップで先進のプリンタ機能を提供。更に各種ドライバやユーティリティ等，開発者にとって万全の開発環境を整えております。

・サーマルレシートラベルプリンタ各種・インクジェットレシートプリンタ各種・ドットインパクトプリンタ各種

エム・シー・メディカル株式会社

MCMEDICAL

〒160-8355 東京都新宿区西新宿7—5—25 西新宿木村屋ビル 11F

設立年月日：	平成元年10月16日
資本金：	6億円
代表者名：	平野 政良
従業員数：	146名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.mcmed.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： マーケティングG
	TEL：03—5330—7861 FAX：03—5330—0499

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

・血液凝固測定装置（KCシリーズ，AMAX，AMGA）
・赤血球沈降速度測定装置（ペスマティックシリーズ）
・血小板凝集能測定装置（MCMヘマトレーサーシリーズ）
・（血液凝固関連試薬）
（血液凝固関連コントロール血漿）
（血小板凝集能関連試薬）

Ortho Clinical Diagnostics

a Johnson & Johnson company

〒101-0065 東京都千代田区西神田3－5－2

設立年月日：	1981年3月
資本金：	10億円
代表者名：	日色 保
従業員数：	230名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.ocd.co.jp
工場所在地：	
研究所所在地：	
商品問合せ先：	担当部門：テクニカルサービスセンター TEL：0120—03—0702

〔展示主要商品〕

ビトロス® 5600，ビトロス3600，ビトロス5, 1FS，ビトロス ECiQ，HCV抗体・抗原検査，オーソ® オートビュー® イノーバ，BTDX

〔取扱い商品〕

全自動臨床化学・免疫統合測定装置：ビトロス5600

全自動臨床化学分析装置：ビトロス5, 1FS／多層フィルム式。

ビトロス® 5, 1FS／多層フィルム式ドライケミストリー測定に加え，完全ウォーターレスで液状試薬分析が可能になったハイブリッド型機器。生化学や薬物血中濃度測定，血漿蛋白，HbA_{1c}等が測定可能。

全自動化学発光免疫測定装置：ビトロス3600，ECiQ／化学発光の全自動測定機器で，心疾患，癌，感染症，甲状腺疾患，婦人疾患等の検査で使用。試薬の冷蔵機能や自動在庫管理機能が付き，検査室のあらゆる省力化を可能。検体，発光試薬等の分注量，発光量など監視し，品質の高い検査結果報告を保証するインテリチェック機能採用。

感染症検査関連製品：C型肝炎ウイルスの抗体，抗原の検出に関し，お客様のニーズに対応。

全自動輸血検査システム：オートビュー イノーバ／日本語ソフトによる簡単操作を実現したWalkAway全自動輸血検査システム。ABO式，Rh式血液型，不規則抗体スクリーニング，交差適合試験等を測定。

株式会社オネスト

〒113-0033 東京都文京区本郷4－9－25 真成館ビル4F

設立年月日：	平成2年3月1日
資本金：	7,000万円
代表者名：	代表取締役 本間大二郎
従業員数：	245名
E－mail：	info@honest.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.honest.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ：医療事業部，医療システム部
	TEL：03—5689—5903 FAX：03—5689—5993

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／ハートレー，感染管理支援システム／ICTweb

特長：ハートレーは，電子カルテ時代に対応したセキュリティを備え，検体検査作業の流れを熟知した画面構成となっており，各種アラート機能も充実させ，効率化と臨床サービスの向上をサポートします。

ICTwebは，微生物検査システム「アスティ」の検査データを基本として，投薬情報，バイタル情報，転科転棟情報，治療経過などを一元管理し，院内感染対策に有用な情報を視覚的に提供するとともに，日々のラウンド情報を取込み，時系列的にアウトブレイクの早期発見と感染予防を支援するシステムです。

〔取扱い商品〕

HONESTメディカルシステムシリーズ

①臨床検査総合管理システム「HARTLEY／ハートレー」

②感染管理支援システム「ICTweb／アイシーティ・ウェブ」

③微生物総合管理システム「ASTY／アスティ」

④生理検査総合管理システム「Phyls／フィルス」

⑤輸血部門総合管理システム「RhoOBA／ルーバ」

⑥病理部門総合管理システム

OLYMPUS オリンパス株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿２－３－１　新宿モノリス

設立年月日：	1919年（大正８年）10月12日
資本金：	483億3,200万円（2008年３月末現在）
代表者名：	代表取締役社長　菊川　剛
従業員数：	3,132名（2008年３月末現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.olympus.co.jp
工場所在地：	〒411-0931：　駿東郡長泉町東野454-1 三島事業場
	TEL：055－999－1133
研究所所在地：	〒192-8512：　八王子市久保山町２－３
	TEL：042－691－7111
商品問合せ先：	担当部門　：　オリンパス㈱ ダイアグノスティックシステムズ国内営業部
	TEL：03－3340－2237　　FAX：03－6901－4916

〔展示主要商品〕

自動分析装置／AU2700／AU680／ID-GelStation 他

特長：処理能力と使いやすさ。生化学自動分析装置に求められる２つの条件をオールインワンの発想でクリアし，大量検体の高精度分析と高いコストパフォーマンスを両立しました。

〔取扱い商品〕

自動分析装置：AU5400，AU2700，AU680，AU400
自動分析装置用試薬：AU リエージェント，AU リエージェント i
自動電気泳動装置：AES320，AES630
全自動化学発光酵素免疫分析装置：AU3000i
自動輸血検査装置：PK7300
輸血検査用システム：ID-Gelstation，ID-Micro Typing System
臨床検査システム：OLCOS700
OLCOS 輸血Ⅱシステム

Ecologically Clean ORGANO オルガノ株式会社

〒136-8631 東京都江東区新砂１－２－８

設立年月日：	昭和21年５月１日
資本金：	82億2,549万円
代表者名：	代表取締役社長　橋本 喜代志
従業員数：	730名
E－mail：	kiki-1@organo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kikiweb.organo.co.jp
工場所在地：	〒300-2646：つくば市緑ヶ原２－３
	TEL：0298－47－8381
研究所所在地：	〒229-0012：相模原市西大沼４－４－１
	TEL：042－702－7820　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　機能商品事業部
	TEL：03－5635－5191　　FAX：03－3699－7220

〔展示主要商品〕

キャビネットタイプ純水製造装置／ピュアライト PRO-0100

特長：血液自動分析装置用に最適で RO（逆浸透膜）とイオン交換純水器で構成された高品質純水製造装置です。
送水ポンプや運転信号ケーブルなどのオプションを備えており，手軽な純水製造装置です。

〔取扱い商品〕

ラボラトリ用超純水製造装置「PURELAB Ultra」キャビネットタイプ純水製造装置「ピュアライト」「ミニクリア」カートリッジ純水器「G シリーズ」RO 装置「オスモクリア」自動再生純水製造装置「メガサーク」「MBA シリーズ」「ストラタ G」自動再生軟水装置「SAT シリーズ」「SAA シリーズ」ホモジナイザー「EXNIZER400」ATP 測定器「OR-100」ハンディタイプ電気伝導率計「スイケンサ」カップ式自販機用浄水器「オルガノフィルター」ミクロフィルター「ミクロポア」

その他　ろ過装置　大型超純水製造装置　排水処理装置
水処理薬品　イオン交換樹脂　など

関東化学株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3－11－5（マルサンビル）

設立年月日：	昭和19年11月13日
資本金：	10億円
代表者名：	野澤 俊太郎
従業員数：	1,075名
E－mail：	diag-info@gms.kanto.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kanto.co.jp
工場所在地：	〒259-1146：伊勢原市鈴川21
	TEL：0463－94－8531
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：同上　FAX：0463－94－2751
商品問合せ先：	担当部門　：ライフサイエンス部 技術課
	TEL：03－3667－8061　FAX：03－3667－6891

〔展示主要商品〕

インスリンキット／サイアス　INSULIN

特長：ラテックス免疫比濁法を測定原理としたインスリン測定キットです。今まで専用装置でしか測定できなかったインスリンが各種汎用自動分析装置で測定可能になりました。

〔取扱い商品〕

自動分析装置用試薬
- 生化学試薬
  - シカリキッド　シリーズ
  - シカフィット　シリーズ
- 免疫学試薬
  - サイアス　シリーズ

KEYWARE SOLUTIONS キーウェアソリューションズ株式会社

〒156-8588 東京都世田谷区上北沢5－37－18

設立年月日：	昭和40年5月10日
資本金：	17億3,700万円
代表者名：	八反田　博
従業員数：	773名
E－mail：	hospital@keyware.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.keyware.co.jp
工場所在地：	
研究所所在地：	
商品問合せ先：	担当部門　：医療事業部
	TEL：03－3290－6700　FAX：03－3290－6742

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／Medlas21+

特長：使いやすさと機能性を追及した多機能，高性能な臨床検査業務パッケージです。画像ファイリング，精度管理，試薬管理，Webベースの簡易オーダ，結果照会など豊富なオプションを取り揃えています。

〔取扱い商品〕

Medlasシリーズには，細菌検査システム，病理検査システム，遺伝子検査システムの各検査部門システムに加え，今年から販売開始した院内感染監視システム「Medlas-SHIPL」があります。

検査部門以外では，栄養管理システム，リハビリ管理システム等の自社製品とオーダリング・電子カルテ・医事会計などパートナー製品を含めたトータルソリューションをご提供しております。

協和メデックス株式会社

〒104-6004 東京都中央区晴海1－8－10(晴海トリトンスクエアX-4F)

設立年月日：	昭和56年4月1日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	山口 正仁
従業員数：	300名
E－mail：	mxinfo@kyowa.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kyowamx.co.jp
工場所在地：	〒411-0932：駿東郡長泉町南一色600－1
	TEL：055－988－6000　FAX：055－988－6005
研究所所在地：	〒411-0932：駿東郡長泉町南一色600－1
	TEL：055－988－6018　FAX：055－988－6020
商品問合せ先：	担当部門：営業部
	TEL：03－6219－7602　FAX：03－6219－7614

〔展示主要商品〕

HbA_{1c}分析装置：A_{1c} GEAR，尿分析装置：UR-S600
血液凝固分析装置：COAGTRON-180，全自動化学発光免疫測定装置

特長：A_{1c} GEARは，グリコヘモグロビンのPOCT分析装置です。
：UR-S600はウロピースS専用の尿分析装置です。
：COAGTRON-180は，4種の分析能を持つ血液凝固分析装置です。

〔取扱い商品〕

1．**生化学検査試薬**＊脂質検査項目（デタミナーシリーズ：HDL-C，LDL-C，TG，TC）（メタボリードシリーズ：RemL-C，HDL-C）＊糖尿病検査項目（HbA_{1c}，GLU，1,5AG，GA）＊各種含窒素測定試薬，各種酵素測定試薬，各種無機物質測定試薬
2．**免疫検査試薬**＊ADVIA CentaurXP・CP試薬（内分泌検査・腫瘍マーカー・感染症マーカー等各種免疫項目へ対応）。＊EIAプレート全自動分析装置APシリーズの販売。
3．尿試験紙ウロピースSと専用測定装置UR-S600の販売。便潜血測定装置：HM-JACKの販売。血液凝固試薬はトリニティー製品の販売と新自動分析装置COAGTRON-180の販売。インフルエンザ，アデノウイルスのイムノクロマト試薬を共同販売。
4．化成品では日臨技データ共有化管理試料ACCURUNシリーズInfectrolの販売。病理組織染色用一次抗体と染色キット。

極東製薬工業株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7－8

設立年月日：	昭和27年7月12日
資本金：	7億8,300万円
代表者名：	菊地 博
従業員数：	250名
E－mail：	info@kyokutoseiyaku.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kyokutoseiyaku.co.jp
工場所在地：	〒318-0004：高萩市大字上手綱字朝山3333－26
	TEL：0293－23－0911
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：0293－23－0909　FAX：0293－23－7324
商品問合せ先：	担当部門：営業学術部
	TEL：03－5645－5664　FAX：03－5645－5703

〔展示主要商品〕

自動分析用風疹ウイルス抗体測定試薬／ランピアラテックスRUBELLA

特長：抗風疹ウイルス抗体を汎用自動装置で測定できます。
HI法との相関が良好で，連続数値が得られるため客観性が高く，精度管理上も便利です。
また，WHOの国際標準に基づく国際単位を採用していますので，NCCLSの基準値を参照するなど国際比較も可能です。

〔取扱い商品〕

1．生化学検査用試薬／ランピアシリーズ，ビアンコーレシリーズ，その他
2．免疫血清検査用試薬／ランピアシリーズ，メディエースシリーズ，その他
3．微生物学的検査用試薬各種
4．真空採血管／インセパックシリーズ

KUBOTA 久保田商事株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3—29—9

設立年月日：	昭和37年3月12日
資本金：	5,000万円
代表者名：	久保田 史彦
従業員数：	
E—mail：	sales@kubotacorp.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kubotacorp.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業学術部
	TEL：03—3815—1331　　FAX：03—3814—2574

〔展示主要商品〕

多本架遠心機／モデル5930・8730・4000/4200

特長：各種チューブがバイオハザード対策用のシールドカバー内で使えます。バイオハザード対策用HEPAフィルタ付き［クラスⅠ］の安全キャビネットがセットできます。(オプション)

〔取扱い商品〕

KUBOTAブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売と，ガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販売しています。遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナップで，ますます多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

取り扱い商品は，下記のとおりです。

高速冷却遠心機，大容量冷却遠心機，ハイキャパシティ遠心機，ユニバーサル冷却遠心機，テーブルトップ遠心機，パーソナル冷却遠心機，卓上小型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心機，免疫血液学用遠心機，超音波発生装置，ガラス器具用全自動洗浄機各種，その他の理化学機器

CLINIQA™ CLINIQA Corporation

774North Twin Oaks Valley Road, Suite C San Marcos, CA92069

設立年月日：	1974年
資本金：	
代表者名：	Granger Haugh
従業員数：	
E—mail：	brhodes@cliniqa.com
URL(ホームページ)：	www.cliniqa.com
工場所在地：	774North Twin Oaks Valley Road, Suite C San Marcos, CA92069
	TEL：760—744—1900　　FAX：760—941—9593
研究所所在地：	同上
	同上
商品問合せ先：	担当部門　：　Global Sales Director Controls
	TEL：800—728—5205　　FAX：760—728—2902
	日本代理店　：　㈱ベリタス営業販売部／技術営業部
	TEL：03—3593—3211　　FAX：03—3593—3216

〔展示主要商品〕

液状コントロール／キャリブレータ／Tumor Marker Control／Cardiac Marker Control

特長：1．2～8℃保存で24ケ月安定な液状品
　　2．マルチコントロール

〔取扱い商品〕

1．Immunology Control
　　測定項目：23項目，3濃度
2．Tumor Marker Control
　　測定項目：14項目，3濃度
3．Cardiac Marker Control
　　測定項目：6項目，3濃度
4．hCG Control
　　測定項目：hCG，3濃度
5．hs-CRP Control
　　測定項目：hs-CRP，3濃度
6．Combined Apo AI/Apo B Controls
　　測定項目：Apo AI/Apo B，3濃度

GRIFOLS

Marina16-18, planta26, 08005 Barcelona, Spain

設立年月日：	1940年
資本金：	106 MM Euro
代表者名：	Victor Grifols
従業員数：	4,500名
E－mail：	hitosh.minamino@grifols.com
URL(ホームページ)：	http://www.grifols.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	〒530-0001：大阪市北区梅田2-2-2ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19F
	TEL：06—6133—5410　　FAX：06—6133—5757

〔展示主要商品〕

ELISA 用装置／TRITURUS

特長：オープンタイプの酵素免疫測定装置です。

〔取扱い商品〕日本では現時点では何も販売していません。

欧米では主に，

①輸血検査装置，及び関連試薬

②ELISA 用分析装置（商品名：Triturus），及び各種測定用試薬（キット）

③血液凝固測定装置及び関連試薬

欧米では診断薬・機器以外に医薬品を製造販売しています。

株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン

〒106-0047 東京都港区南麻布２－４－５皆川ビル５Ｆ

設立年月日：	昭和58年６月１日
資本金：	4,000万円
代表者名：	古畑 達雄
従業員数：	９名
E－mail：	info@knf.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.knf.co.jp
工場所在地：	〒
	TEL：
研究所所在地：	〒
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門：営業部
	TEL：03—5443—5661

〔展示主要商品〕

ダイアフラム式ポンプ

特長：血液分析，生化学分析，免疫化学分析装置内での洗浄用途などで広くご好評頂いているダイアフラム式ポンプです。接液部の材質がPTFE，PVDF など種類が豊富なため，次亜塩素酸など腐蝕性の高い洗浄液でも問題なく送液できます。さらに長寿命，音が静か，小型でパワフル，メンテナンスフリーなどの特徴があります。

〔取扱い商品〕

ダイアフラム式真空ポンプ

ダイアフラム式コンプレッサー

ダイアフラム式送液ポンプ

ダイアフラム式定量ポンプ

Kowa 興和株式會社

〒460-8625 名古屋市中区錦3－6－29

設立年月日：	昭和14年11月
資本金：	38億4,000万円
代表者名：	三輪 芳弘
従業員数：	2,100名
E－mail：	life@kowa.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kowa.co.jp
工場所在地：	〒　　： TEL：　　FAX：
研究所所在地：	〒　　： TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　医用機器営業部営業第二課 TEL：03－5623－8054　FAX：03－5623－8050

〔展示主要商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置／PA-200

特長：1．血小板活性化に伴う自然凝集の測定が可能。
2．粒度分布凝集塊の大きさと数が測定できる。
小凝集から中凝集，大凝集塊への形成過程が観察できる。
3．血小板凝集能の強弱を評価するデータ解析機能搭載。
4．従来の濁度方式も同時測定。

〔取扱い商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置　PA-200，PA-20
無散瞳眼底カメラ　コーワ nonmyd 7

小林クリエイト株式会社

〒448-8656 刈谷市小垣江町北高根115

設立年月日：	昭和21年4月1日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	小林 祥浩
従業員数：	1,500名
E－mail：	iryou@k-cr.jp
URL(ホームページ)：	http://k-cr.jp/cgi-bin/iryo/topics.cgi
工場所在地：	〒448-8656：刈谷市小垣江町北高根115 TEL：0566－26－5310
研究所所在地：	〒　　： TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療事業部 TEL：03－3553－5871　FAX：03－3553－2635

〔展示主要商品〕

採血業務支援システム／i・pres fit

特長：自動貼付管種数を4管種とし，コストを抑え，メンテナンス性を向上させた，卓上型採血管準備システムです。連続発行機能や連番発行が可能なシーケンス発行機能も備え，健診施設での採血前準備の業務にも対応を可能にしました。

〔取扱い商品〕

1．システム開発
・臨床検査システム　SIMS　・検査報告照会システム　TRAS
・バーコードラベル発行システム
・巡回健診支援システム　T-MES
・EAN128バーコード発行システム
・臨床参考データ換算システム　CRCS
2．臨床検査自動化システム対応各種装置
・検体ラベルプリンター　KPシリーズ，ipシリーズ
・検体ラベル自動貼り付け装置　VLシリーズ
・採血業務支援システム　i・pres
3．医療用コンピュータ用紙，OMR／OCR用紙，検体ラベル各種，各種カード，医療用記録紙

SATO 株式会社サトー

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4－9－10

設立年月日：	昭和26年5月16日
資本金：	63億3,103万円
代表者名：	西田 浩一（ニシダ コウイチ）
従業員数：	連結：3,541名　単体：1,427名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sato.co.jp
工場所在地：	〒024-0102：北上市北工業団地1－25
	TEL：0197－66－4801
研究所所在地：	〒330-0852：さいたま市大宮区大成町1－207
	TEL：048－663－8109　FAX：048－651－6770
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部　ソリューション営業部
	TEL：03－5449－4410　FAX：03－5449－4462

〔展示主要商品〕

4インチ・ラベルプリンタ／New L'esprit シリーズT408／412，R408／412

特長：バーコードによる医療過誤防止システムをはじめ，医療現場の安心を支える各種バーコードシステムをご提供しています。またGS1-128コード活用による医療材料物流効率化支援システム，および院内オーダーリングシステムに対応した各種業務（受付，検体，処方箋，カルテ管理等）の省力化・効率化支援システムを開発・販売しています。

〔取扱い商品〕

- バーコードによる医療過誤防止システム
- 国際標準バーコードの医療材料・医薬品管理システム
- 各種オーダーラベル発行システム
- クリニック予約システム
- 各種シール製品
- その他

GL Sciences ジーエルサイエンス(株)

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6－22－1　新宿スクエアタワー30F

設立年月日：	昭和43年2月
資本金：	12億779万円
代表者名：	取締役社長 森　憲司
従業員数：	402名
E－mail：	info@gls.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.gls.co.jp
工場所在地：	〒960-8201　福島市岡島字長岬5－3
	TEL：024－533－2244
研究所所在地：	〒358-0032　入間市狭山ヶ原237－2
	TEL：04－2934－1100　FAX：04－2934－3361
商品問合せ先：	担当部門　：　販売推進部営業企画課 営業企画部
	TEL：03－5323－6611　FAX：03－5323－6622

〔展示主要商品〕

自動分注装置／MICROLAB® STAR

特長：本装置は，独自のチップ装着法により，分注工程中のチップ内圧をモニタすることで，分注時の状況を認知し，これにより確実な分注を実現します。また，分注位置設定が自由なため，独自の容器からの分注も可能です。

〈取扱い商品〉

- ハミルトン社製自動分注装置　MICROLAB®
  ①STAR，STAlet，STARplus
  Oーリングを用いた独自のチップ装着法により，チップ内圧をモニタする機能（TADM）を利用し，確実な分注を行います。
  ②ATplus2
  ポジティブディスプレースメント方式のシリンジチップにより，全血や組織のホモジナイズ等，様々な試料をストレス無く，分注できます。
- ハミルトン社製ポンプモジュール・バルブ・シリンジ
  独自の分注装置作成に不可欠なポンプモジュール「PSD/2，4，8」。ポンプモジュールに装着して使用するバルブ，シリンジも用意しています。
- ハミルトン社製XYZアームモジュール
  0.3mmの位置精度でXYZに可動するアームモジュールです。

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

〒141-8673 東京都品川区東五反田3—20—14

設立年月日：	2007年7月1日
資本金：	
代表者名：	代表取締役社長 最高経営責任者　コン・グリラキス
従業員数：	299名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.siemens.co.jp/diagnostics/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　本社営業部
	TEL：03—5423—8820（本社営業部代表）

〔展示主要商品〕

ADVIA シリーズ，クリニテックシリーズ，ラピッドラボシリーズ等

特長：2007年11月，デイドベーリングがシーメンスグループの一員となり，シーメンスの診断薬事業に免疫／生化学検査，同定／薬剤感受性検査，糖尿病検査，尿検査，血液ガス分析，遺伝子検査など多種多様にわたる検査製品が一堂に揃いました。

〔取扱い商品〕

臨床検査試薬，医療機器，医療用ディスポーザブル製品
免疫検査製品（ADVIA ケンタウルス XP，CP）尿検査製品（クリニテックシリーズ，エームス尿検査試験紙）血液学検査製品（ADVIA2120i）血液ガス・電解質分析/データマネジメント製品（ラピッドラボ1200シリーズ，ラピッドポイント400シリーズ，ラピッドコム）

重松貿易株式会社

〒541-0047 大阪市中央区淡路町2—2—5

設立年月日：	昭和38年9月9日
資本金：	5,000万円
代表者名：	重松 克彰
従業員数：	50名
E—mail：	info@shigematsu-bio.com
URL(ホームページ)：	www.shigematsu-bio.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　化学品部
	TEL：06—6231—6146　　FAX：06—6231—6149

〔展示主要商品〕

試験研究用試薬

特長：HIV 及びウイルス感染症研究用の試薬及びキット，クリニカルサンプル及び血清，血しょうなどのサンプルの案内とカタログなど。

〔取扱い商品〕

HIV 及びウイルス感染症研究用の試薬，キット，クリニカルサンプル，及び各種パネルなど。

株式会社システムバイオティックス

〒226-8510 横浜市緑区長津田町4259－3 東工大横浜ベンチャープラザW306号室

設立年月日：	平13年9月21日
資本金：	1,000万円
代表者名：	桐栄 純一
従業員数：	5名
E－mail：	info@systembiotics.com
URL(ホームページ)：	http://www.systembiotics.com
工場所在地：	〒228-0821：相模原市相模台6－25－1－103
	TEL：042－745－7351　FAX：042－853－7329
研究所所在地：	〒　： TEL：
商品問合せ先：	担当部門　： TEL：　FAX：

〔展示主要商品〕

簡易型プレート分注機／PlatePrep 100

特長：1本ヘッドの簡易型分注機チェリーピックをはじめ充実したソフトです。試薬容器は，1.5mLのマイクロチューブに対応しています。

ラベル，ラベルソフト／SampleLabel

特長：市販のインクジェットプリンターで必要な文字を必要な色でプリントできる簡易ラベリングソフトです。ラベルの種類も豊富でいろいろな容器への自由なラベリングが可能です。特注にも応じます。

〔取扱い商品〕

自動分注装置	PlatePrep100
自動分注装置	PlatePrep400
自動タンパク質精製装置	ProteomePrep700
透過型スキャナー	ProteomeScan2000
プレート用シール	HTSheet
バーコード用ラベル	BarCodeLabel

Sysmex シスメックス株式会社

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1

設立年月日：	昭和43年2月20日
資本金：	55億921万円
代表者名：	代表取締役社長　家次　恒
従業員数：	1,748名（2007年4月1日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sysmex.co.jp
工場所在地：	〒675-0011：加古川市野口町北野314－2
	TEL：0794－24－1171(加古川工場)
研究所所在地：	〒651-2271：神戸市西区高塚台4－4－4
	TEL：078－991－1911　FAX：078－991－1917
商品問合せ先：	担当部門　：　営業推進本部
	TEL：078－992－6124　FAX：078－992－6159

〔展示主要商品〕

総合血液学検査システム／HSトランスポーテーションシステム

特長：血球計数，白血球分類，網赤血球・有核赤血球測定，塗抹標本の作製染色をオーダーに従って連続で自動処理できる総合的な血液検査システムであり，血液検査の効率化に有用である。

〔取扱い商品〕

総合血液学検査システム
多項目自動血球分析装置
自動網赤血球測定装置
多項目自動血球計数装置・自動血球計数装置
全自動尿中有形成分分析装置・便潜血分析装置
全自動血液凝固測定装置・血液凝固・線溶関連試薬
免疫凝集測定装置・酵素免疫測定装置・免疫試薬
臨床検査情報システム
血液検査用データ処理装置
血液細胞画像ファイリングシステム
血液ガス分析装置・電解質分析装置
輸血検査関連試薬・血清学関連試薬・生化学関連試薬

シスメックス・ビオメリュー株式会社

BIOMÉRIEUX

〒141-0032 東京都品川区大崎1－2－2 アートビレッジ大崎セントラルタワー

設立年月日：	1988年10月4日
資本金：	4億8,000万円
代表者名：	代表取締役社長 神田 博
従業員数：	40名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sysmex-biomerieux.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 臨床マーケティング部
	TEL：03—6834—2666 FAX：03—6834—2667

〔取扱い商品〕・生培地各種

- 用手法細菌検査キット：アピ／ID32シリーズ（同定），ID32シリーズ（感受性），ラテックス凝集法 スライデックスシリーズ（検出）
- 自動細菌分析装置：バイテック／バイテック2／バイテック2コンパクト（同定・感受性），バクテアラート3D（血液培養・抗酸菌培養）
- 自動免疫蛍光測定装置：ミニバイダス／バイダス（感染症（HAV，HBV，HIV，TORC，クラミジア他）・各種ホルモン測定，心筋マーカー他）
- 情報処理システム：バイオリンク3（オンライン・疫学統計）
- 遺伝子検査関連装置：ニュークリセンス miniMAG（磁性シリカ核酸抽出），ニュークリセンス easy MAG（磁性シリカ自動核酸抽出），ニュークリセンス EasyQ（リアルタイム遺伝子増幅・検出）
  Diversilab（自動細菌タイピング装置）

株式会社 柴崎製作所

〒369-1242 深谷市北根12—5

設立年月日：	昭和32年6月10日
資本金：	4,200万円
代表者名：	代表取締役 柴崎 昌彦
従業員数：	24名
E－mail：	info@precision-shibazaki.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.precision-shibazaki.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL： FAX：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：048—584—2211 FAX：048—584—0229

〔展示主要商品〕

分注装置／前工程処理装置

特長：多彩なバリエーションの分注機能をとりそろえています。搬送，キャップの開閉栓，攪拌や洗浄といった前処理工程に必要な機能の開発製作が可能です。

〔取扱い商品〕

- 凝集法の分注希釈装置
- 小型小分け装置
- 非接触微量分注装置
- マイクロプレート ELISA 用分注装置

株式会社 常光

〒113-0033 東京都文京区本郷3－19－4

設立年月日：	昭和23年12月9日
資本金：	1億5,000万円
代表者名：	服部 健彦
従業員数：	280名
E－mail：	mail@jokoh.com
URL(ホームページ)：	http://www.jokoh.com
工場所在地：	〒439-0037：菊川市西方154
	TEL：0537—36—1577
研究所所在地：	〒213-8588：川崎市高津区宇奈根731－1
	TEL：044—811—9211　FAX：044－811－9209
商品問合せ先：	担当部門　：　営業サービス本部
	TEL：044—811—9211　FAX：044—811—9209

〔展示主要商品〕

病理検査の即日診断のニーズにお応えする　Histra-QS

特長：パラフィン標本による病理検査の即日診断のニーズにお応えします。

超音波による薬液浸透促進効果を利用しているため，バイオプシー検体であれば約1時間で固定からパラフィン浸透まで終了します。手術材の迅速パラフィン浸透にも対応できます。病理検査で特に時間のかかる脱灰に応用したHistra-DCもございます。

〔取扱い商品〕

＊全自動電気泳動装置：CTE-9800，CTE-2800，CTE-880
＊血液ガス分析装置：携帯型アーマ2000
＊電解質分析装置：(Na，K，Cl)：EX-D（透析モード付き），EX-Z
＊電解質分析装置：(Na，K，Ca)：EX-Ca（透析モード付き）
＊自動血沈計：モニター12，モニター20，モニター40，モニター100(レート法)
＊リポ蛋白分画精密測定試薬キット：リポフォー
＊アルフォス分画精密測定試薬キット：アルフォー
＊自動固定包埋装置：Histra-QS　＊迅速脱灰・脱脂・固定装置：Histra-DC

MINDRAY SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD.

Mindray Building, Keji Road 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen City, 518057, P.R. China

設立年月日：	1991年
資本金：	350M RMB (about 50M USD)
代表者名：	Xu Hang
従業員数：	4,100名
E－mail：	intl-market@mindray.com
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　：
	TEL：　FAX：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：+86-755-26582888　FAX：+86-755-26582900

〔Main Exhibits〕

Full automatic chemistry analyzer：BS-400，BS-120/Full automatic 5-part and 3-part hematology analyzer：BC-5500，BC-5300，BC-3200，BC-2800vet

Brief introduction to Mindray: Mindray was founded in 1991 in Shenzhen, China, with a mission to deliver highquality, competitively priced medical devices to make healthcare more accessible and affordable around the world. Over the last 17 years, we have become a leading developer, manufacturer and marketer of medical devices in China with a rapidly growing ineternational presence. According to Frost & Sullivan, in 2006 we attained leading market share in China both by units sold and revenue for the sale of patient monitoring devices, three part differentiation hematology analyzer, biochemistry analyzer and grayscale ultrasound imaging system segments. Mindray Company's American Depositary Shares (ADSs) are listed on the New York Stock Exchange (NYSE) under the symbol MR.

MICROSCAN.スペクトリス株式会社マイクロスキャン事業部

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町３－５－２

設立年月日：	1980年７月30日
資本金：	5,000万円
代表者名：	酒井 達也
従業員数：	138名
E－mail：	japan@microscan.com
URL(ホームページ)：	http://www.microscan.com
工場所在地：	1201 SW 7th St. Renton, WA 98057 USA
	TEL：425—226—5700　FAX：425—226—8250
研究所所在地：	同上
	TEL：　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　マイクロスキャン事業部日本代表
	TEL：03—3255—8163　FAX：03—3255—8154

〔展示主要商品〕

画像検査機能付き小型バー・２次元コードリーダ／MS-4 EZ Match

特長：試験管に張られたバーコード読取りと同時に試験管の有無，形状及びキャップ有無，色，形状などの画像検査が可能

〔取扱い商品〕

- 自動分析機器への組込み向け及びラボラトリオートメーション用バー，２次元コードリーダ各種
- ２次元コード印字品質検証機
- ハンディーリーダ（極小２次元対応）

積水メディカル株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋３－13－５ KDX日本橋313ビル

設立年月日：	2008年４月１日
資本金：	12億7,500万円
代表者名：	福田 睦
従業員数：	823名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sekisuimedical.jp/
工場所在地：	〒301-0852：竜ヶ崎市向陽台３－３－１（つくば工場）
	TEL：0297—62—7551
研究所所在地：	同　上（つくば研究所）
	〒746-0006：周南市開成町4560（徳山研究所）
	TEL：0834—63—8841
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部
	TEL：03—3272—0827　FAX：03—3281—0510

〔展示主要商品〕

血液凝固自動分析装置コアプレスタ2000，糖尿病関連装置・試薬　他

〔取扱い商品〕○脂質関連試薬：コレステストNHDL，LDL，CHO，TG，アポA-Ⅰ，A-Ⅱ，B，C-Ⅱ，C-Ⅲ，E，Lp(a)，酸化LDLエライザ「第一」 他 ○生化自動分析用試薬：ピュアオートS，クオリジェント（TG，GLU，AMY，CRP，CHO，CRE），ナノピアCRP，エクセライザ ○凝固線溶測定項目：（測定装置）コアプレスタ2000 （試薬）ナノピア（P-FDP，Dダイマー），テストチームS　AT Ⅲ，APL，PLG，プロテインC，コアグピア（PT-S，APTT-S，複合Tテスト，複合Hテスト，Fbg）他 ○TDM関連試薬：セディア，ディーアールアイ，ナノピアTDM（テオフィリン，ジゴキシン，抗てんかん薬，抗精神薬，免疫抑制剤　他）○感染症関連試薬：ラピッドテスタ（FLUスティック，FUL Ⅱ，ロターアデノ，ストレップA，hsアデノ）○消化器関連試薬：パナッセイⅣ・C「ラテックス」，アクアオートカイノスTBA試薬　○リウマチ関連試薬：パナクリアMMP-3「ラテックス」○糖尿病関連試薬：ノルディアN HbA_{1c}，ルシカGA-L ○腫瘍マーカー：ナノピアPSA ○多項目自動分析装置：日立クリニカルアナライザーS40，M40 ○真空採血管：インセパックⅡ

CELLAVISION セラビジョン・ジャパン㈱

〒220-8120 横浜市西区みなとみらい2－2－1ランドマークタワー20F

設立年月日：	2008年3月14日
資本金：	1,000万円
代表者名：	松本 耕一
従業員数：	1名
E－mail：	koichi.matsumoto@cellavision.SE
URL(ホームページ)：	cellavision.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：　　FAX：

〔展示主要商品〕

血液像分類装置／CellaVision DM96

特長：自動顕微鏡に精巧なデジタルイメージ分析技術と最先端の人工頭脳を組み合わせた全自動血液像分類システムです。

株式会社 セントラル科学貿易

〒111-0052 東京都台東区柳橋1－8－1

設立年月日：	昭和42年6月20日
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役　下田　孝一郎
従業員数：	
E－mail：	tokyo@cscjp.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.cscjp.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—5820—1500　　FAX：03—5820—1515

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

○全自動電解質分析装置　PVA-EX II
○生化学自動分析装置　Piccolo xpress
○マルチドロップ384/S60スタッカー
○ M384アトラスウォッシャー/タイタンスタッカー
○高精度分析装置　Digiflex TP（アベルケンダル用）
○空中浮遊菌採取装置　RCS エアーサンプラー
○小型ヘマトクリット用遠心機　HemataSTAT II
○高速遠心機　プラズマプレップ
○プレートリーダー，ウォッシャー
○細胞破砕システム　ポリトロン，ブランソン
○微量送液ポンプシステム
○ディスポ製品（ストックウェル，コパン社）

DAISEN SANGYO 大扇産業株式会社

〒534-0021 大阪市都島区都島本通1—15—17

設立年月日：	1963年
資本金：	8,000万円
代表者名：	代表取締役　合田 昭男
従業員数：	32名
E—mail：	daisentk@dc.mbn.or.jp
URL(ホームページ)：	http://www.daisen-sangyo.co.jp.
工場所在地：	〒930-0401：中新川郡上市町広野新269
	TEL：0764—73—0336
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル事業部
	TEL：03—5276—0202　　FAX：03—5276—0203

〔展示主要商品〕

自動開栓装置／ARD シリーズ

特長：ゴム栓タイプ真空採血管のゴム栓を自動で開栓します。開栓時の血清等の飛散や検体間のコンタミを防止します。

〔取扱い商品〕

〈検体前処理システム〉

○自動開栓装置（APN シリーズ）　フィルム栓用（卓上型含む）
　　（ARD シリーズ）　ゴム栓用・プラスチック栓（ヘモガード）用（卓上型を含む）

○自動検体シーラー（ATS100）

○検体自動仕分装置（HANDSOME／ハンサム）

〈成形品〉

○分注用ロングチューブ

○シーラー用テープ

○ピペッティングチップ（200μ，1000μ，3500μ）

○検査用各種チューブ

Dynal Biotech ASA / ㈱ベリタス

Invitrogen Corporation　Box 114 Smestad N-0309 Oslo, Norway

設立年月日：	1986年
資本金：	
代表者名：	Kari Andersen
従業員数：	
E—mail：	eurotech@invitrogen.com
URL(ホームページ)：	http://www.invitrogen.com
工場所在地：	Ullernschausseen 52, 0379 Oslo, Norway
	TEL：
研究所所在地：	Ullernschausseen 52, 0380 Oslo, Norway
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　Technical Centre
	TEL：+4722061110(9am-4pm CET)　FAX：+4722519505
	日本代理店　：　㈱ベリタス営業販売部/技術営業部
	TEL：03—3593—3211　　FAX：03—3593—3216
	E-mail：tomohikokato@veritastk.co.jp

〔展示主要商品〕

自動化に対応した表面活性化超常磁性ポリマービーズ　Dynabeads

特長：この磁性ビーズは，抗体，抗原蛋白質，レクチンなど種々の物を化学結合や物理吸着でビーズ表面に結合することができます。
磁石より迅速に回収，磁石を離せば磁性は残らずビーズは再分散，粒径および表面形状が均一であることから高い再現性を持ち，臨床検査機器による自動化を可能にします。

〔取扱い商品〕

Dynabeads-MyOne™Streptavidin T1
Dynabeads-MyOne™Streptavidin C1
Dynabeads-MyOne™Tosylactivated
Dynabeads-MyOne™Carboxylic Acid
Dynabeads-M280 Tosylactivated　Dynabeads-M280 Streptavidin
Dynabeads-M270 Carboxylic Acid　Dynabeads-M270 Amine
Dynabeads-M270 Streptavidin
Dynabeads-M270 Epoxy　Dynabeads-ProteinA　Dynabeads-ProteinG

株式会社タウンズ

〒410-0005 沼津市双葉町9—12—2

設立年月日：	昭和62年6月
資本金：	1,660万円
代表者名：	代表取締役社長　中嶋 延行
従業員数：	
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.tauns.co.jp
工場所在地：	〒410-0872：沼津市小諏訪43—3
	TEL：055—925—6235
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部
	TEL：055—929—0471　　FAX：055—929—0472

〔展示主要商品〕

アデノウイルスキット／イムノエースアデノ

特長：低濃度域の感度が飛躍的に向上しました。陽性は3分から判定可能です。ブラックラインでくっきり見やすくなりました。感度だけでなく特異性にも優れています。鼻腔ぬぐい液や鼻腔吸引液でも測定できます。

〔取扱い商品〕

キャピリアO157
○簡便かつ迅速に糞便中の大腸菌O157抗原を検出します。
○特別な装置や技術を必要としません。
○操作は1ステップで極めて簡単です。
○試料滴下後15分で結果が得られます。
○感度・特異性に優れています。

キャピリアVT
○簡便かつ迅速に大腸菌ベロトキシンを検出します。
○特別な装置や技術を必要としません。
○操作は1ステップで極めて簡単です。
○試料滴下後15分で結果が得られます。
○感度・特異性に優れています。

竹内精工株式会社

〒971-8184 いわき市泉町黒須野字江越246—16

設立年月日：	昭和42年5月
資本金：	9,180万円
代表者名：	竹内 三男
従業員数：	160名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.tsklmb.com
工場所在地：	〒971-8184：いわき市泉町黒須野字江越246—16
	TEL：0246—56—5281
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業
	TEL：096—215—3225　　FAX：096—215—3226

〔展示主要商品〕

直線ガイド・精密送りネジ／ミニチュアガイド・ボールネジ

特長：臨床検査機等に使用されるリニアガイドやボールネジを製作している直動ベアリングメーカーです。低コスト，短納期，特殊加工の対応も可能です。

〔取扱い商品〕

○電動アクチュエーター
○ガイド機構
・LMBガイド（中・重荷重用ガイド）
・LMBMガイド（ミニチュアガイド）
・リニアベアリング
・リニアシャフト
○送り機構
・転造・精密ボールネジ
・台形ネジ
・メートル並目ネジ
○その他
・カムフォロアー・ボールスプライン・その他加工部品

Dako ダコ・ジャパン株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽2－5－1 住友不動産飯田橋ファーストビル

設立年月日：	1987年9月16日
資本金：	8,000万円
代表者名：	代表取締役 伊佐 正弘
従業員数：	46名
E－mail：	cs-dakoj@dako.com
URL(ホームページ)：	http://www.dako.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒112-0004：文京区後楽2－5－1
	TEL：03—5802—2580　FAX：03—5802—2581
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—5802—2588　FAX：03—5802—2581

〔展示主要商品〕

自動染色装置／Autostainer Link シリーズ，他

特長：用手法で行われていた免疫組織化学染色の自動化に最適な自動染色装置です。病理検査のみならず様々な研究分野に対して，再現性のある高い信頼性の染色を提供し，検査業務・研究の標準化と効率化に大きく貢献します。

〔取扱い商品〕

- 自動染色装置（免疫組織化学染色），関連試薬
- 自動染色装置（特殊染色），関連試薬
- その他 IHC ソリューション
- OEM 及びバルク抗体
- フローサイトメトリー関連試薬

TANAKA KIKINZOKU GROUP 田中貴金属工業株式会社

〒100-6422 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルディング22F

設立年月日：	1918年
資本金：	5億円
代表者名：	岡本　英彌
従業員数：	1,400名
E－mail：	Prex-net@ml.tanaka.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.tanaka.co.jp
工場所在地：	〒254-8206：平塚市新町1—75
	TEL：0463—32—1848
研究所所在地：	〒254-0076：平塚市新町2—73
	TEL：0463—35—5170　FAX：0463—32—5614
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル部
	TEL：0463—35—5170　FAX：0463—32—5614

〔展示主要商品〕

診断薬用金コロイド／Au クエン酸コロイド

特長：本製品は，クエン酸ベースの金コロイド溶液で，体外診断薬や各種判定キットの組み込み用試薬，バイオマーカー等に最適です。100%国内開発製造で，ロット間のばらつきが少なくシャープな粒度分布を誇るとともに必要なとき必要な量を提供いたします。

〔取扱い商品〕 1. 体外診断薬受託製造

・イムノクロマトを主とした診断薬の受託製造をいたします。

2. 体外診断薬用金コロイド

・イムノクロマト用金コロイド，各種粒径品を用意しております。カスタム商品も開発提供いたします。

・抗体の感作工程もお手伝いいたします。

3. 貴金属による医療材料

・抗がん剤の Pt 化合物原薬製造を行っています。

・サージカル(外科用)器具，部品等の設計製作をお引受けしております。

・測定用貴金属電極のカスタム製作。・貴金属製マーカーのカスタム製作。

4. 貴金属薄膜加工品

・プレックスシート（Au，Pt 薄膜製品）の製作と販売。

・受託製造による，貴金属電極等の試作製造。

Diba Industries, Inc.

4・Precision Road, Danbury, CT06810 USA.

設立年月日：	
資本金：	
代表者名：	
従業員数：	
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.dibaind.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：203—744—0773　　FAX：203—744—0525

〔Main Exhibits〕

Flared fluoropolymer tubing assemblies
Click-N-Seal™connectors
Lined or coated aspirate/dispense probes with integrated level sense
In line reagent heaters
Custom reagent & waste bottle caps and bottles with quick disconnect ports
Fluid system development assistance
Production and maintenance kits made to OEM specifications
In-house custom extrusion
Model Shop

The infomation transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. If you are not the addressee, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this e-mail. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.

The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard copy version.

デイド ベーリング株式会社
a Siemens Company

〒104-0033 東京都中央区新川1—3—17 新川三幸ビル

設立年月日：	平成6年9月22日（合併は平成10年4月1日）
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役社長　赤津 英二郎
従業員数：	約216名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様支援センター
	TEL：0120—543—455　　FAX：0120—506—155

〔展示主要商品〕

生化学，免疫化学，血中薬物，細菌，感染症に亘る幅広い製品の中から，お客様のニーズにあうシステムを提案します。

〔取扱い商品〕

全自動細菌検査装置：マイクロスキャン WalkAway™ 96 Plus
マイクロスキャン WalkAway™ 40 Plus
マイクロスキャン autoSCAN-4
全自動免疫化学分析装置：BN プロスペック
ベーリング ネフェロメータII
臨床化学自動分析装置：ディメンション® RxL Max™
ディメンション® Xpand® Plus
自動免疫蛍光測定装置：ストラタス® CS
全自動 ELISA 分析装置：ベーリング ELISA プロセッサーIII
自動化学発光酵素免疫分析装置：スフィアライト180
血中薬物濃度自動分析装置：Viva-E™システム

2007年11月，デイドベーリングは，シーメンスグループの一員となりました。

TMC 株式会社テクノメディカ

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台５－５－１

設立年月日：	昭和62年９月８日
資本金：	10億6,980万円
代表者名：	實吉 繁幸
従業員数：	135名
E－mail：	info@TechnoMedica.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.TechnoMedica.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒224-0041：横浜市都筑区仲町台５－４－９
	TEL：045－948－5901
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：045－948－1961　　FAX：045－948－1962

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC・ROBO-787

特長：採血情報に基づき自動的に採血管を選択してラベルを印刷，貼りつけして１患者ごとにトレイに準備できます。高速処理能力，豊富なオプションがあり，シェアは80％あります。

〔取扱い商品〕

●オールインワン型採血管準備システム；BC・ROBO-787●自動採血管準備装置；BC・ROBO-686●自動採血管準備装置；BC・ROBO-888●小型採血管準備システム；BC・ROBO-mini40●採血採尿アシストソリューションシステム●自動検体仕分け装置；SS・ROBO-800●ハルンカップラベラ；HARN-710●自動尿分取装置；UA・ROBO-600B●全自動尿分析・分取装置；UA・ROBO-700i●一般検査前処理システム；UA・LABELER-1●PIS患者認識システム●全自動pH／血液ガス分析装置；GASTAT-600，GASTAT-601，GAS●TAT-602i，GASTAT-603ie，GASTAT-604ox●電解質分析装置；STAX-3●ポータブルハンディ型血液分析器；GASTAT-mini●自動血沈測定装置；ESR-quick 15●赤血球沈降速度測定機ESR-6000BP●赤沈自動測定装置；Quick eye

生研 デンカ生研株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３－４－２　KDX茅場町ビル

設立年月日：	昭和25年２月11日
資本金：	10億円
代表者名：	代表取締役社長 佐塚　政太郎
従業員数：	509名
E－mail：	info@denka-seiken.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.denka-seiken.co.jp
工場所在地：	〒959-1695：五泉市南本町１－２－２
	TEL：0250－43－4111
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　学術営業推進部
	TEL：03－3669－9091　　FAX：03－3664－1023

〔展示主要商品〕

デュアルCHO T&L「生研」

特長：LDL-コレステロールと総コレステロールの同時測定用試薬です。１試薬で２項目の結果報告が可能に！

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」

TP，ALB，CRE，UA，GLU，TG，T-CHO，LDL，HDL，PL，Mg，IP，GOT，GPT，LD，ALP，γ-GT，CK，AMY

ラテックス試薬シリーズ

CRP，RF，ASO，AFP，BMG，Mb，IgE，FER，Lp(a)，αMi

TIA試薬シリーズ

IgG，IgA，IgM，C3，C4，U-ALB，Tf

東京貿易機械株式会社

〒104-8510 東京都中央区八丁堀２―13―８

設立年月日：	平成18年10月１日
資本金：	４億円
代表者名：	取締役社長　五阿弥 英也
従業員数：	約100名（関連会社含む）
E―mail：	ono-y@tokyo-boeki.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.tokyo-boeki-kikai.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒197-0823：あきる野市野辺569―６
	TEL：042―532―8271　　FAX：042―532―8234
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル機器事業部
	TEL：03―3555―7353　　FAX：03―3555―7367

〔展示主要商品〕

多機能自動分析装置ビオリス24ｉプレミアム，ビオリス12i

ビオリス24ｉプレミアム特徴

①処理能力：240テスト/時（ISE 項目を含む場合400テスト/時）
②同時測定項目数：36項目または24項目＋ISE ３項目（オプション）
③測光系の改良により，当社比最大40％の反応液の微量化を実現
④サイズ：800W×670D×520H(mm)
⑤パソコンによる簡単操作（更に操作を簡易化した夜間モード有）
⑥国内約300台，海外(50余ヵ国）約2500台の合計2800台以上の販売実績

ビオリス12i 特徴

①処理能力：120テスト/時（ISE を同時測定する場合130テスト／時）
②同時測定項目数：22項目＋ISE ３項目（オプション）
③サイズ：520W×605D×435H(mm)
④小規模検査室，クリニック等に最適

ビオリスシリーズ共通の特徴

①多彩なオプション：専用検査報告書システム，専用純水装置等
②反応液の空気圧攪拌：攪拌子を用いない空気圧攪拌システム
利点　攪拌子が原因となるキャリーオーバー回避・
攪拌子のための洗浄水不要

東芝メディカルシステムズ株式会社

〒324-8550 大田原市下石上1385

設立年月日：	昭和23年９月23日
資本金：	147億円
代表者名：	小松 研一
従業員数：	約3,300名
E―mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：　―　―
研究所所在地：	
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　検体検査システム事業部
	TEL：03―3818―2182　　FAX：

〔展示主要商品〕

自動分析装置　TBA™-c16000（c シリーズ）

特長：検体間キャリーオーバの低減により，化学発光免疫測定機能の追加が可能。ピックアップ方式のインテリジェントラックサンプラーにより，検体の操作性が飛躍的に向上できる。

〔取扱い商品〕

医用検体検査機器，診断用 X 線装置，医用 X 線 CT 撮影装置，磁気共鳴画像診断装置（MRI），超音波画像診断装置，核医学診断用装置，治療用機器，医用内視鏡，医用コンピュータ・システム

東ソー株式会社

TOSOH

〒105-8623 東京都港区芝3－8－2

設立年月日：	昭和10年2月11日
資本金：	406億円
代表者名：	代表取締役社長 土屋 隆
従業員数：	2,476名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.tosoh.co.jp
工場所在地：	〒746-8501：周南市開成町4560
(他2工場)	TEL：0834－63－9800
研究所所在地：	〒252-1123：綾瀬市早川2743－1
(他2研究所)	TEL：0467－77－2211
商品問合せ先：	担当部門 ： バイオサイエンス事業部 営業部
	TEL：03－5427－5181 FAX：03－5427－5220

〔展示主要商品〕

自動EIA装置AIA-360，自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G8

特長：小型，高精度で診療前検査をはじめ迅速測定に最適。

〔取扱い商品〕

①自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-360）
②全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-600II）
③全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-2000）
④酵素免疫測定用試薬（Eテスト「TOSOH」IIシリーズ）
⑤東ソー自動グリコヘモグロビン分析計（HLC-723G8）
⑥東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC-725CA II）
⑦TRCRリアルタイムモニター（TRCRapid-160）
⑧核酸検出試薬（TRCRapidシリーズ／TRCtestシリーズ）

東洋器材科学株式会社

TYK TOYO KIZAI

〒335-0003 蕨市南町4－7－10

設立年月日：	昭和47年12月1日
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役社長 佐藤 英輔
従業員数：	45名
E－mail：	tykkizai@toyo-kizai.co.jp
URL(ホームページ)：	http//www.toyo-kizai.co.jp
工場所在地：	〒335-0003：蕨市南町4－7－10
	TEL：048－447－3381
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：048－447－3381 FAX：048－431－4685

〔展示主要商品〕

エコ採便管，スピッツ，サンプルカップ各種

特長：技師の方々にも引けを取らない塗布精度と処理能力の自動検便塗布装置とそれに適した採便管です。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品

・スピッツ
・スポイト
・チューブ
・シャーレ
・サンプルカップ
・採便管
・カップ類
・採水瓶
・スワブ

TOYOBO 東洋紡 東洋紡績株式会社

〒530-8230 大阪市北区堂島浜2－2－8

設立年月日：	1914年6月1日
資本金：	433億円
代表者名：	取締役社長　坂本 龍三
従業員数：	3,249名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.toyobo.co.jp
工場所在地：	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7641
研究所所在地：	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7643
商品問合せ先：	担当部門　：　診断システム事業部
	TEL：06－6348－3335　　FAX：06－6348－3833

〔展示主要商品〕

尿中有形成分分析装置：U-SCANNER II

特長：1)検体分取から画像解析判定まで全てを自動化いたしました。2)Auto Focus機能装備の顕微鏡画像を高精度画像解析プログラムで解析します。3)赤血球（均一，変形）・白血球・上皮細胞（扁平，移行，尿細管）・円柱（硝子，ろう様，顆粒）・結晶・細菌と充実した測定項目です。4)撮像画像を保存できますので，再検目視が可能となり，低再検率化に成功しました。以上の性能を有する“U-SCANNER II”は尿検査の効率化に有用です。

〔取扱い商品〕

・尿中有形成分分析装置：U-SCANNER II
・ニコカード　HbA_{1c}
・ニコカード　CRP
・アフィニオン　（HbA_{1c}，CRP）
・多項目自動分析装置：TYB-9，TYB-18，TYB-40

YA KU 日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野3－23－9

設立年月日：	1935（昭和10）年4月6日
資本金：	44億5,000万円
代表者名：	佐々　義廣
従業員数：	353名
E－mail：	diag-sale@nissui-pharm.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nissui-pharm.co.jp
工場所在地：	〒307-0036：結城市北南茂呂1075－2
	TEL：0296－35－1221　　FAX：0296－35－1217
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：0296－35－1225　　FAX：0296－35－1579
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部マーケティンググループ
	TEL：03－5846－5707　　FAX：03－5846－5629

〔展示主要商品〕

全自動迅速同定感受性測定装置／ライサス

特長：①同定・感受性結果を最短3時間で得ることができます
②菌液をセットするだけで，自動的に希釈・分注・培養・測定・回収を行います。
③ストレプトコッカス属やヘモフィルス属の自動測定が可能です。

〔取扱い商品〕

蛍光免疫測定装置：エバネット EV20
全自動エンザイムイムノアッセイ装置：AIA-2000
AIA-600 II
AIA-360
精度管理用凍結管理血清：L-コンセーラ I EX，II EX
L-スイトロール I，II，II EX
L-トライロール
細菌培養用生培地：ニッスイプレートシリーズ
ニッスイ分画プレートシリーズ

ニットーボーメディカル株式会社

〒102-0073 東京都千代田区九段北4－1－28

設立年月日：	昭和62年8月28日
資本金：	3億円
代表者名：	片山 勝博
従業員数：	60名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.nittobo-nmd.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　学術グループ
	TEL：03－3238－4541　　FAX：03－3238－4591

〔展示主要商品〕

栄養アセスメント蛋白 等

特長：汎用の自動分析装置で簡単に測定可能です。

〔取扱い商品〕

生化学系液状試薬（CRE，BUN，CPK他）
免疫比濁法試薬（免疫グロブリンG，A，M，C3，C4，Tf，PreAlb他）
Latex免疫比濁法試薬（CRP，RF，ASO，β_2-m，RBP等）
血液凝固因子測定試薬（AT－III，PLG等）
腫瘍マーカー（CSLEX）
理化学用洗浄剤
尿沈渣管
無遠心採血管
血管位置検出器具

NIPPN ニップンテクノクラスタ株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1－30－5 千寿ビル4F

設立年月日：	1998年1月5日
資本金：	3,000万円
代表者名：	久保田 肇
従業員数：	21名
E－mail：	info@nippntechno.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nippntechno.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
アプリケーションラボ：	〒169-0075：新宿区高田馬場1－30－5　千寿ビル5階
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：03－5287－6761　　FAX：03－5287－6765

〔展示主要商品〕

BioDot社イムノクロマト法テストストリップ用研究開発装置／製造システム

特長：急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究／開発から製造ラインまで，個々のモジュールを組合せることにより，トータルシステムとして供給することのできる世界唯一の専門メーカーです。

〔取扱い商品〕

- BioDot社　イムノクロマト法テストストリップの研究開発／製造システム
- Bangs Laboratories社　各種Microspheres
- Adhesives Research社　各種粘着テープ
- RANDOX社　自動免疫化学発光システム

NIPRO ニプロ株式会社

〒531-8510 大阪市北区本庄西３－９－３

設立年月日：	昭和29年７月８日
資本金：	286億6,300万円
代表者名：	佐野　實
従業員数：	1,966名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.nipro.co.jp/
工場所在地：	〒018-5794：大館市二井田字羽貫谷地８－７
	TEL：0186－49－5111
研究所所在地：	〒525-0055：草津市野路町3023
	TEL：077－564－0500
商品問合せ先：	担当部門　：　検査商品開発営業部
	TEL：06－6373－3168　　FAX：06－6373－8978

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／コンポライズ－450・採血管・採血針ホルダー付・生化学・免疫検査試薬

特長：同時52項目，180テスト／時間の処理能力を持ち検体バーコード，自動再検機能，自動立ち上げ機能といった充実機能を搭載し，ISE もオプション装備できる卓上型高性能自動分析装置。

〔取扱い商品〕

各種ディスポーザブル医療器具。体外診断薬，医薬品。
人工腎臓用装置，ダイアライザー等。

日本ケミファ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町２－２－３

設立年月日：	昭和25年６月16日
資本金：	43億400万円
代表者名：	山口 一城
従業員数：	563名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.chemiphar.co.jp/
工場所在地：	〒308-0112：筑西市藤ヶ谷赤坂799－１
	TEL：0296－37－2211
研究所所在地：	〒341-0005：三郷市彦川戸１－22－１
	TEL：0489－53－8265　　FAX：0489－53－8269
商品問合せ先：	担当部門　：　臨床検査薬事業部
	TEL：03－3851－2974　　FAX：03－3862－2645

〔展示主要商品〕

アレルギー特異 IgE 測定装置

特長：多孔性ガラスフィルターを固相とした酵素免疫測定法によるアレルギー検査システムです。MI01では11分，DiaPack2000では16分という特異 IgE 検査では世界最速の処理能力を誇り，迅速報告・診療前検査を実現いたしました。迅速・簡便・高感度な測定が，アレルギー特異 IgE 抗体検査の効率化に貢献します。

〔取扱い商品〕

・アレルギー特異 IgE 測定装置　DiaPack2000
・全自動酵素免疫測定装置　MI01
・アレルギー特異 IgE 測定試薬　オリトン IgE「ケミファ」
・全自動グリコヘモグロビン分析計　HLC-723G7，HLC-723G8
・ヘモグロビン A_{1c} 血糖　測定用搬送システム
・その他　医療用具用各種洗剤

NIHON KOHDEN　日本光電工業株式会社

〒161-8560 東京都新宿区西落合1—31—4

設立年月日：	1951年8月7日
資本金：	75億4,400万円（2008年3月31日現在）
代表者名：	鈴木 文雄
従業員数：	3,367名（グループ）（2008年3月31日現在）
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.nihonkohden.co.jp/
工場所在地：	〒　　：富岡市，鶴ヶ島市，深谷市
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　企画センタ
	TEL：03—5996—8028　　FAX：03—5996—8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK-8222，MEK-7222，MEK-6400，CRP-3100

特長：血球計数装置は小型機から白血球5分類を含む22項目全自動測定機までをラインナップ，CRP測定器は微量の全血（必要検体量は5μL）で全自動測定が行えるなど，Celltacシリーズは機種を豊富に取りそろえています。いずれも高機能・高精度でありながら簡単・迅速・低ランニングコスト。ひとにやさしく環境にもやさしい検査装置です。Celltacはルーチン検査や緊急検査，主装置のバックアップ機として最適な使用環境を提供いたします。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位・筋電図検査装置，心電計，検体検査装置，モニタリング機器，人工呼吸器，除細動器，AED（自動体外式除細動器），心臓ペースメーカ，運動負荷試験システム，画像診断装置，心カテ室関連機器，救命救急機器，基礎医学研究用機器，各種センサなど

JEOL　日本電子株式会社

〒196-8558 昭島市武蔵野3—1—2

設立年月日：	昭和24年5月30日
資本金：	67億4,000万円
代表者名：	代表取締役社長兼COO 栗原 権右衛門
従業員数：	3,014名
E—mail：	webmaster@jeol.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.jeol.co.jp/
工場所在地：	〒196-8558：昭島市武蔵野3—1—2
	TEL：042—543—1111
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：042-542-2316　　FAX：042-542-2386
商品問合せ先：	担当部門　：　医用機器ソリューション営業本部
	TEL：042—528—3325　　FAX：042—528—3385

〔展示主要商品〕

自動分析装置／BioMajesty JCA-BMシリーズ

特長：最少反応液量50μL～，シングル高速処理

〔取扱い商品〕

- ■自動分析装置クリナライザ　BioMajesty JCA-BM/2250/6050/6010/9130//8060/8040/8030/8020
- ■ラックサンプラ100検体・200検体・600検体ラック　RA100/200/600
- ■検体自動搬送システム　JLA-701T
- ■臨床検査情報処理システム　JCS-33L/50L
- ■全自動アミノ酸分析機　JLC-500/V
- ■電子顕微鏡／表面分析装置／元素・構造分析装置／クロマト装置
  素子製造装置／評価・検査装置／高周波応用装置／電子・イオンビーム応用装置・医用診断装置

BD 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂4－15－1 赤坂ガーデンシティ

設立年月日：	1985年5月（1971年に創立されたベクトン・ディッキンソン・オーバーシーズ・インクの事業を継承）
資本金：	6億8,750万円
代表者名：	足利 英幸
従業員数：	570名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	www. bd.com/jp/
工場所在地：	〒960-2152：福島市土船字五反田1
	TEL：0245－93－2311
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様情報センター（BDダイヤル）
	TEL：0120－8555－90　　FAX：024－593－5761

〔展示主要商品〕

全自動血液培養検査装置／BD BACTEC™FX

特長：敗血症や菌血症を迅速に検出するための全自動血液培養検査装置バクテックシリーズの新機種をご紹介します。

〔取扱い商品〕

1　全自動血液培養検査装置　BD BACTEC FX
2　自動核酸増幅検査装置　BDプローブテックET
3　全自動同定感受性検査システム　BD フェニックス
4　EpiCenter

PALL 日本ポール株式会社　ポール ライフサイエンス カンパニー

〒141-0031 東京都品川区西五反田1－5－1

設立年月日：	1982年7月1日
資本金：	11億2,000万円
代表者名：	川田　典昭
従業員数：	412名
E－mail：	reiji_kobayashi@ap.pall.com
URL(ホームページ)：	http://www.pall.com
工場所在地：	〒300-0315：稲敷郡阿見町大字香澄の里46
	TEL：029－889－0001
研究所所在地：	〒300-0315：稲敷郡阿見町大字香澄の里46
	TEL：029－889－1951
商品問合せ先：	担当部門　：　バイオメディカル事業部ラボ製品グループ
	TEL：03－3495－8319　　FAX：03－3495－8301

〔展示主要商品〕

血漿分離膜　BTSSP, Supor, Biodyne　タンパク質低吸着性コンジュゲートパッド　Accuwick Ultra

特長：全血を対象とした臨床検査キットにおいて，スムーズな血液分離を実現するメンブレンです。さまざまな血液分離のニーズにあわせ，あらゆる構造（対称構造～非対称構造），材質（ポリスルホン，ポリエーテルスルホン，ナイロン）及び孔径を準備しました。タンパク質低吸着性のコンジュゲートリリースパッドAccuwick Ultraとあわせてご使用いただくことで，新たな臨床検査キットの製品化を実現します。

〔取扱い商品〕

当社は，ポール独自のメンブレン技術により臨床検査キットに適した多孔質メンブレンを揃えております。特に全血を血漿に分離するメンブレンについては，国内外のお客様にスペックイン頂いた経験，及び弊社ラボでの推奨使用条件（2006年度AACC発表データ）を基に，お客様のご要望にお応えいたします。あわせて，タンパク質低吸着性のコンジュゲートリリースパッド，吸収パッド，ニトロセルロースメンブレン，そしてタンパク質固定化メンブレン等，イムノクロマトグラフィー法による体外診断薬用の部材を各種揃えております。

MILLIPORE 日本ミリポア株式会社

〒108-0073 東京都港区三田1－4－28 三田国際ビルヂング

設立年月日：	平成13年1月30日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	代表取締役社長　嶋田 敏明
従業員数：	180名
E－mail：	jpmcom@millipore.com
URL(ホームページ)：	http://www. millipore. com/nihon
工場所在地：	マサチューセッツ(アメリカ)，コーク(アイルランド)他
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：ダイアグノスティックビジネスユニット・ラボラトリーウォーター事業本部
	TEL：0120-633-358（・イムノクロマトグラフィー用各種部材・体外診断薬製造用抗体，試薬など），0120-013-148（純水・超純水製造装置）
	FAX：03-5442-9736

〔展示主要商品〕

イムノクロマトグラフィー用メンブレン，超純水・純水製造装置

特長：イムノクロマトグラフィーを用いた検査薬に推奨されているミリポアのHi-Flow Plusメンブレンは，高い再現性をもち，優れたアッセイの効果が得られます。また，その他の各種ミリポアメンブレンの製品群もOEM用としてご利用頂けます。
高純水製造装置ElixUVは，RO-EDI-UV方式による安定した純水精製を実現。コンパクトかつメンテナンス性に優れ，自動生化学分析装置や自動洗浄器との接続に適しています。

〔取扱い商品〕

○**イムノクロマトグラフィー用各種部材**・イムノクロマトグラフィー用メンブレン・サンプルパッド・コンジュゲーションパッド・吸収パッド
○**体外診断薬製造用各種試薬**
・一次抗体　・二次抗体　・ブロッキング試薬　・各種受託サービスなど
○**超純水・純水製造装置（Elix UV，Rios，AFS）**
新たに加わった体外診断薬製造用の各種試薬では，数多い抗体のラインナップと広範囲で非特異吸着をブロックするブロッキング試薬をご提供することができます。

ニューコン株式会社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5－41－12

設立年月日：	1991年12月
資本金：	3億円（2007年3月末現在）
代表者名：	代表取締役社長　王 春華
従業員数：	180名
E－mail：	nc-med@newcon.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.newcon.co.jp
工場所在地：	〒116-0014：荒川区東日暮里5－41－12
	TEL：03－3805－2584
研究所所在地：	
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療システム事業部
	TEL：03－3805－2590　　FAX：03－3805－2685

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／hi-Labo シリーズ

特長：400システムの納入実績と30年間のノウハウを継承したサーバー／クライアント方式の臨床検査システム。Windows2003，XP，Vista対応。ユーザーの希望によるあらゆるカスタマイズが可能。

〔取扱い商品〕

① 臨床検査システム　Hi-Labo-S／Hi-Labo-P
② 輸血製剤管理支援システム　HD-TRANS®
③ 病理検査管理支援システム　HISTOMATIC
④ 総合健診システム　K-Exam-Plus®
⑤ Webドクター支援システム
⑥ 細菌検査システム
⑦ 生理検査予約システム

nova biomedical ノバ・バイオメディカル株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井6—26—2 大森ベルポートB館3F

設立年月日：	昭和63年6月10日
資本金：	1,000万円
代表者名：	和田 典之
従業員数：	35名
E—mail：	info@novabiomedical.co.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： マーケティング部
	TEL：03—5471—5461 FAX：03—5471—5474

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／スタットプロファイル CCX

特長：イオン化マグネシウム測定をはじめ最大19項目を測定可能。また BUN を同時測定し浸透圧を演算表示できる。

POCT グルコース測定装置／スタットストリップ，スタットストリップエクスプレス

特長：ヘマトクリット，マルトース，PAM 等の干渉物質の影響を排除し正確に血糖測定を行うことができる。

〔取扱い商品〕

全自動血液ガス分析装置

イオン化マグネシウム／電解質測定装置／

BIO-RAD バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2—2—24 天王洲セントラルタワー

設立年月日：	1979年10月16日
資本金：	4億円
代表者名：	鈴木 貞史
従業員数：	150名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.bio-rad.com
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 診断薬事業部
	フリーダイアル；0120—925046 FAX：03—5463—8481

〔展示主要商品〕

精度管理用コントロール／凍結乾燥及び液状シリーズ，マイクロプレート EIA 分析装置

特長：検査室のニーズに対応する充実した幅広い製品ラインナップと UNITY PC を利用した精度管理システム

〔取扱い商品〕

①各種精度管理用コントロール
②精度管理用 PC プログラム “UNITY”
③精度管理用プログラム “EQAS”
④抗核抗体検査試薬（IFA）
⑤自己抗体関連試薬（ELISA）
⑥全自動マイクロプレート EIA 分析装置 Evolis
⑦自動マイクロプレート EIA／IFA 装置 PhD システム
⑧グリコヘモグロビン分析装置 Variant Ⅱ turbo/D-10
⑨ノバパス1575マイクロプレートウォッシャー
⑩パルスフィールド電気泳動装置
⑪ゲルドック XR
⑫微生物迅速検査キット

BioTec バイオテック株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2—29—4 古沢ビル

設立年月日：	1979年3月1日
資本金：	3,000万円
代表者名：	長倉 誠
従業員数：	19名
E—mail：	info@biotec.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.biotec.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： L&B事業部
	TEL：03—3816—6931 FAX：03—3818—4554

〔展示主要商品〕

マルチディスペンサー／細胞用洗浄装置

〔取扱い商品〕

■ELISA用機器
セラウォッシャー MW-96シリーズ
オートミニウォッシャーシリーズ

■分注装置（創薬ゲノム関連）
マルチステージ・ディスペンスステーション ADS-384-8
テーブルトップ・ディスペンサー EDR-384S II
シングルライン・ディスペンサー mini-Gene シリーズ

■分注装置（プロテオーム関連）
MALDI ターゲット・スポッティング・システム Zip Master

■マイクロアッセイシステム機器
連続自動分注・希釈装置 EDR-96X
凝集像自動読取装置 APAS-2000

浜松ホトニクス株式会社

〒430-8587 浜松市中区砂山町325—6 日本生命ビル

設立年月日：	1953年9月29日
資本金：	348億7,000万円
代表者名：	晝馬 輝夫
従業員数：	2,464名
E—mail：	salespro@etd.hpk.co.jp
URL(ホームページ)：	http://jp.hamamatsu.com/
工場所在地：	〒438-0193：磐田市下神増314—5
	TEL：0539—62—5245
研究所所在地：	〒434-8601：浜松市浜北区平口5000
	TEL：053—586—7111 FAX：053—586—6180
商品問合せ先：	担当部門 ： 電子管営業部
	TEL：0539—62—5245 FAX：0539—62—2205

〔展示主要商品〕

イムノクロマトリーダ C10066

特長：イムノクロマト試薬の研究開発・品質管理に最適なツール
①イムノクロマト試験片の発色強度を短時間に高感度で定量測定。
②測定データをCSVファイルで保存する為，市販の表計算ソフトウェアで簡単に解析。
③検量線グラフ，タイムコースグラフの描画が簡単。

〔取扱い商品〕

■光電子増倍管，光電子増倍管モジュール，マイクロチャンネルプレート，紫外線センサ，精密測光用光源，スポット光源，マイクロフォーカスX線源，静電気除去装置，イメージインテンシファイア，Siフォトダイオード，APD，フォトICと関連製品，イメージセンサ，PSD（位置検出素子），赤外線検出素子，LED，光通信デバイス，車載用デバイス，ミニ分光器，X線フラットパネルセンサ，応用製品・モジュール

■計測用ビデオカメラ，画像処理装置，ストリークカメラ，光学計測システム，イメージング&解析システム，医療用測定装置

日立ハイテク　株式会社 日立ハイテクノロジーズ

〒105-8717 東京都港区西新橋1—24—14

設立年月日：	昭和22年4月12日
資本金：	79億円
代表者名：	執行役社長　大林　秀仁
従業員数：	4,582名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.hitachi-hitec.com/science/
工場所在地：	〒312-8504：ひたちなか市市毛882
	TEL：029—273—2111
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　ライフサイエンス営業統括本部
	TEL：03—3504—7211　　FAX：03—3504—7756

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置

特長：医療の現場において，診療や検査における品質管理の向上が求められている中，従来別個の業務であった機器システムと専用試薬の導入・運用管理を一体化。IT技術を駆使して試薬選定～分析条件設定～精度管理～保守管理（メンテナンス・予防保全）に至る一連の業務の効率性・信頼性を向上させ，臨床検査の質の向上に貢献する血液自動分析システムです。また，ISO15189（臨床検査室一質と適合能力に対する特定要求事項）などの規格や規制適用に対しても，分析条件，精度管理などの明確化により貢献します。

〔取扱い商品〕

株式会社日立ハイテクノロジーズは，新しい時代に適合したユニークなハイテク企業であり，最先端技術を駆使する設計・製造機能と最先端ソリューションを提供する商社機能の融合により半導体製造装置やバイオ関連製品などのナノテクノロジー分野において，開発から製造，販売，サービスまでの一貫体制を構築いたしました。また，生化学自動分析装置をはじめとする多種多用な臨床用医用機器，DNAシーケンサ，さらに限りない可能性を秘めるバイオ分野にも，信頼性の高い技術サービスをお届けしています。

フィンガルリンク株式会社

〒130-0005 東京都墨田区東駒形2—13—13

設立年月日：	1990年
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役　名郷根 正昭
従業員数：	46名（2006年6月現在）
E—mail：	info@finggal-link.com
URL(ホームページ)：	http://www.finggal-link.com/
研究所所在地：	〒111-0041：台東区元浅草2—6—6 東京日産台東ビル904
(東京開発センター)	TEL：03—5806—9883　　FAX：03—3841—2956
研究所所在地：	〒020-0033：盛岡市盛岡駅前北通5—6 MDIビル
(盛岡情報開発センター)	TEL：019—626—6543　　FAX：019—626—6545
商品問合せ先：	担当部門　：　企画管理部（本社）
	TEL：03—3625—6543　　FAX：03—3625—6545

〔展示主要商品〕

止血血栓トータルマネジメントシステム／ROTEM-Gamma
全自動赤血球沈降速度測定装置／Roller20
赤血球変形能測定装置／RheoScan-D
ディスポーザブル血球計算盤／C-chip

〔取扱い商品〕

- IVD（体外診断薬＆機器システム）：止血血栓トータルマネジメントシステム(ROTEM)／赤血球沈降速度自動測定装置（Roller 10，Roller 20）／血小板凝集測定装置(490-2D，WBA 591，WBA 592，700-2D)／赤血球変形能測定装置（RheoScan-D）
- BIS（バイオ・イメージング・ソリューション）：病理検査業務支援システム／デジタル顕微鏡カメラ＆画像ファイリングシステム／テレパソロジーシステム・リアルタイム動画遠隔顕微鏡観察システム（ワープスコープ）
- ME（医療器材）：リハビリ・理学療法機器／呼吸器科・耳鼻咽喉科向け機器／高度医療機材・システム
- MIS（医療情報開発）：医療画像ソリューション／CDライター／超音波測定装置
- HCN（健康ネットワーク）：在宅健康増進システム（e-up健康）／テレメトリー生体情報デバイス各種

フクダ電子株式会社®

〒113-8483 東京都文京区本郷3—39—4

設立年月日：	昭和23年7月6日
資本金：	43億8,700万円
代表者名：	福田 孝太郎
従業員数：	2,412名
E—mail：	info@fukuda.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.fukuda.co.jp
工場所在地：	〒270-1495：白井市中305—1
	TEL：047—492—2011
研究所所在地：	〒113-8420：文京区本郷2—35—8
	TEL：03—3814—1211
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様窓口
	TEL：03—5802—6600　　FAX：

〔展示主要商品〕

自動血球計数CRP測定装置／FL-278CRP，免疫発光測定装置／シオノスポットリーダー，パスファースト，電子スパイロメータ／SP-350COPD，呼気中$^{13}CO_2$分析装置／POCone

特長：FL-278CRP：全血18μLで血算と免疫（CBC+CRP）の同時測定可能・検体の前処理不要・測定時間は約270秒
パスファースト：「BNP」全血測定・17分以内スピード測定が可能。試薬カートリッジ方式採用であらゆる場所でのBNP検査が可能です。

〔取扱い商品〕

I．生体検査装置：心電計／心電図自動解析装置／ホルター心電計／ストレステストシステム／心臓カテーテル検査装置／超音波診断装置／血球計数装置／眼底カメラ／呼吸機能検査装置／睡眠ポリグラフィ／血圧脈波検査装置

II．医用モニター：ベッドサイドモニタ／医用テレメータ／生体情報モニター

III．治療装置：デフィブリレータ／ペースメーカ／人工呼吸器／酸素濃縮器／大動脈内バルーンポンプ・カテーテル／心臓カテーテル／PTCAカテーテル

IV．その他：安全点検システム／記録紙／ディスポーザブル電極／上記各装置の付属品および消耗品

FUJIFILM 富士フイルム メディカル株式会社

〒106-0031 東京都港区西麻布2—26—30

設立年月日：	昭和42年
資本金：	12億円
代表者名：	加藤　久豊
従業員数：	1,200名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://fms.fujifilm.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部　POCT部
	TEL：03—6419—8035　　FAX：03—5469—4190

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／富士ドライケム　7000／4000

特長：いかにしたら迅速な検査結果が得られるかを追求してきたドライケムシリーズの新製品として発売。即時に検査結果を得られることは，検査結果を聞く為にだけ再来院してもらう必要も無くなり，結果を聞くまでの数日間の不安も解消してあげることに結びつきます。

〔取扱い商品〕

●測定装置

ポイントケム	P60	：小型液体法多項目測定機
富士ドライケム	MiniNet-Neo	：富士ドライケム検査データ処理支援システム
富士ドライケム	4000シリーズ	：比色／電解質多項目測定機
富士ドライケム	800	：電解質専用測定機
富士ドライケム	100タイプN	：アンモニア専用測定機
富士ドライケム	7000シリーズ	：比色／電解質多項目測定機

●測定試薬　富士ドライケムスライド（全血用，血漿・血清用）30項目

●標準液　富士ドライケムコントロール液　QP-L，H，QN，QE

富士レビオ株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2—62—5

設立年月日：	2005年7月1日（新設分割）
資本金：	22億5,290万2,860円
代表者名：	鈴木 博正
従業員数：	563名（2007年3月末現在）
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.fujirebio.co.jp/
工場所在地：	〒192-0031：八王子市小宮町51
	TEL：0426—45—0052
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：0426—45—0071　FAX：0426—46—8325
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様コールセンター
	TEL：0120—292—832　FAX：03—5695—9234

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定システム／ルミパルス-G1200

特長：ルミパルスG1200は，ルミパルスfの信頼の上に，さらなる簡便性と，優れたシステム設計の柔軟性を実現しました。信頼性の高い検査結果を，ご提供できるシステムとして，検査室の生産性向上に貢献いたします。

〔取扱い商品〕

〈機器〉化学発光酵素免疫測定装置：ルミパルスG1200，ルミパルスPresto II，ルミパルスS
NAT自動機：As-1000，Ps-1000
免疫便潜血検査用全自動検査装置：マグストリームHT，マグストリームAS II
免疫蛍光測定装置：エバネットEV20

〈試薬〉CLEIA法試薬，イムノクロマトグラフィ法試薬，遺伝子検査試薬，蛍光免疫測定法試薬，磁性粒子凝集反応試薬，PA（ゼラチン粒子凝集反応）法試薬，HA（血球凝集反応）法試薬，ラテックス凝集反応試薬，WB（ウエスタンブロット）法試薬，蛍光抗体法試薬，血液凝固線溶検査試薬，EIA法試薬，臨床化学検査試薬，抗血清，標準血液濾紙

扶桑薬品工業株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町1—7—10

設立年月日：	昭和12年3月25日
資本金：	107億5,820万円
代表者名：	戸田 幹雄
従業員数：	1,313名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.fuso-pharm.co.jp/
工場所在地：	〒536-8523：大阪市城東区森之宮2—3—11
	TEL：06—6969—1131
研究所所在地：	〒536-8523：大阪市城東区森之宮2—3—30
	TEL：06—6969—3131　FAX：06—6964—2706
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部 営業四課
	TEL：06—6969—1131　FAX：06—6969—2341

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／アイ・スタットシリーズ

特長：患者のベッドサイドで，血液ガス及び電解質などを，ごく微量の検体で，迅速，簡便，かつ正確に測定。ポイント・オブ・ケア検査に好適。

〔取扱い商品〕

■ポータブル血液分析器「アイ・スタット」
　アナライザー300F-S
　アナライザー300F-N
　電子シミュレーター
　カートリッジ（9種類）
　その他

■白血球中細菌核酸同定検査
　末梢血における白血球中の細菌検出キット「ハイブリゼップ」

古野電気株式会社

〒662-0934 西宮市西宮浜２―20

設立年月日：	昭和26年５月23日
資本金：	75億3,400万円
代表者名：	古野　幸男
従業員数：	1,476名
E―mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.furuno.co.jp/
工場所在地：	〒662-0934：西宮市西宮浜２―20
	TEL：0798―33―7541
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　システム機器事業部　ME BU　営業課
	TEL：0798―33―7554　　FAX：0798―33―7511

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／CA-400・90，小型生化学自動分析装置　CA-180

特長：卓上小型の生化学自動分析装置をシリーズ化。ルーチン検査・大型機のバックアップ・特殊項目の専用機として様々なニーズに対応いたします。

〔取扱い商品〕

生化学自動分析装置

・CA-90
パソコン不要のタッチパネル方式でコンパクト化とともに簡易操作を実現。クリニックや開業医様向けの小型・簡易装置。

・CA-180
世界1500台以上の出荷実績

・CA-400
卓上小型にして400テスト/時間を実現。高精度・高機能機として，ルーチン検査からバックアップまで幅広く対応が可能。

超音波骨密度測定装置

・CM-200
迅速かつ簡易な測定方法により，骨粗鬆症の１次スクリーニングや集団検診に最適。

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社

〒271-0064 松戸市上本郷88

設立年月日：	昭和60年７月17日
資本金：	20億4,100万円
代表者名：	田島　秀二
従業員数：	110名
E―mail：	service@pss.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.pss.co.jp
工場所在地：	〒271-0064：松戸市上本郷88
	TEL：047―303―4800(代表) FAX：047―303―4810
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部
	TEL：047―303―4801　　FAX：047―303―4811

〔展示主要商品〕

核酸抽出装置／Magtration System 12GC Plus
核酸抽出装置／Magtration System BA-X

特長：Magtration System は磁性体粒子を用いた全自動核酸抽出装置です。PSS 独自の技術「Magtration® Technology(チップ内で磁性体粒子をハンドリング)」を用いることで，小型でありながら高純度の核酸を短時間で抽出・精製できます。

〔取扱い商品〕

全自動核酸抽出装置　小容量：Magtration System 6GC，Magtration System 12GC
大容量：Magtration System 8Lx
48サンプル対応：SX-6GW II
96サンプル対応：SX-8G

ベックマン・コールター株式会社

〒135-0063 東京都江東区有明2－5－7

設立年月日：	1977年7月1日
資本金：	12億3,000万円
代表者名：	久野 正人
従業員数：	270名
E－mail：	bckkcas@beckmancoulter.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.beckmancoulter.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： ベックマン・コールター株式会社カスタマーコールセンター
	TEL：03－6745－4704 FAX：03－5530－2460

〔展示主要商品〕

全自動血液分析装置／LH 780シリーズ，LH 700シリーズ，LH 500
臨床化学自動分析装置／UniCel® DxC 800 PRO
全自動免疫化学分析装置／UniCel® DxI 800
全自動細胞解析装置／Cytomics FC 500

〈臨床研究分野〉 免疫学，分子生物学などの基礎研究から再生医療などの臨床研究，各種モニタリングなど，幅広い分野の研究をサポートいたします。最新の細胞分取・分析技術や粒子分析技術により，様々な細胞や粒子などの試料に対し多角的にアプローチしております。
〈臨床検査分野〉 生化学，免疫化学，血液学検査などの分野で幅広い検査に対応する装置のほか，ラボラトリーオートメーションシステムもご提供しています。弊社の幅広い製品ラインにより施設ごとに最適なシステム構成を組むことができます。
自動血球数装置：LH700シリーズ，HmX™，A^{c}・T ™5 diff AL
生化学自動分析装置：UniCel® DxC 600 PRO，UniCel® DxC 800 PRO
全自動化学発光酵素免疫測定装置：UniCel® DxI 600，UniCel® DxI 800
全自動化学発光酵素免疫測定装置，Access® 2
イムノケミストリーシステム：IMMAGE® 800
ISO15189導入ナビゲーションプログラム：Be-gle Ver. 3.0
各種試薬

Hellma (Asia Pacific) Pte Ltd.

8 Boon Lay Way #03-10 Trade Hub21 Singapore 609964

設立年月日：	
資本金：	
代表者名：	
従業員数：	
E－mail：	info@hellma-asia.com
URL(ホームページ)：	www.hellma-asia.com
工場所在地：	
	TEL：
研究所所在地：	
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門：
	TEL：+65－6896－6945 FAX：+65－6896－6750

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

株式会社ヘレナ研究所

〒330-0061 さいたま市浦和区常盤9—21—19

設立年月日：	昭和51年2月28日
資本金：	3,000万円
代表者名：	中里 時亜
従業員数：	40名
E—mail：	sales@helena.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.helena.co.jp
工場所在地：	〒330-0061：さいたま市浦和区常盤9—21—19
	TEL：048—833—3208
研究所所在地：	〒330-0061：さいたま市浦和区常盤9—21—19
	TEL：048—833—3208
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：048—833—3208 FAX：048—833—3273

〔展示主要商品〕

エパライザ2（全自動電気泳動分析装置），クイックスキャン（デンシトメーター），SPIFE3000（IFE専用自動電気泳動装置）

特長（エパライザ2）：一台で，蛋白分画，アイソザイム分画及び脂質分画まで完全自動化!!

〔取扱い商品〕

高速自動電気泳動装置（REP）	：	泳動項目 ┬ 蛋白分画・脂質分画・他 └ LD・ALP・CK
全自動電気泳動分析装置（エパライザ2）	：	泳動項目 ┬ 蛋白分画・脂質分画・他 └ LD・ALP・CK
デンシトメータ	：	クイックスキャン
支持体	：	アガロース支持体 （クイックジェル） （タイタンジェル）

HORIBA 株式会社 堀場製作所

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日：	1953（昭和28）年1月26日
資本金：	119億5,200万円
代表者名：	堀場 厚
従業員数：	4,976名（連結）
E—mail：	me_info@horiba.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.horiba.co.jp
工場所在地：	〒601-8510：京都市南区吉祥院宮の東町2
	TEL：075—313—5736 FAX：075—321—0752
研究所所在地：	〒 ：同上
	TEL：同上 FAX：同上
商品問合せ先：	担当部門 ： 医用システム統括部
	TEL：075—313—5736 FAX：075—321—0752

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／PENTRAシリーズ，Microsemi，小型電極式血糖分析機器／アントセンスIII

特長：自動血球計数装置：微量の全血検体で，血球計数，白血球分類，網赤血球測定を自動的に行う自動血球計数装置のシリーズです。検査室のバックアップ用や緊急検査用に最適な小型装置から，病院の中央検査室向けの装置まで取り揃えています。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置　Pentraシリーズ
　　Microsemiシリーズ
動物用自動血球計数装置
自動血球計数CRP測定装置
pHメーター　Fシリーズ，Dシリーズ
自動CRP測定装置
小型電極式血糖分析機器　アントセンスIII
他

MIZUHO MEDY Co., Ltd.

株式会社
ミズホメディー

〒841-0048 鳥栖市藤木町５－４

設立年月日：	1977年11月２日
資本金：	３億2,975万円
代表者名：	代表取締役社長　唐川　文成
従業員数：	146名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.mizuho-m.co.jp
工場所在地：	〒841-0048：鳥栖市藤木町５－４
	TEL：0942－85－0300
研究所所在地：	〒841-0048：鳥栖市藤木町５－４
	TEL：0942－85－0303　FAX：0942－85－0312
商品問合せ先：	担当部門　：　営業企画部学術課
	TEL：0942－84－5486　FAX：0942－85－0335

〔展示主要商品〕

インフルエンザウイルス抗原キット／クイックチェイサー Flu　A, B

特長：

①Ａ型とＢ型の判定部が左右に分かれているため，判別が容易です。

②滴下数と判定時間がテストプレート上に表記されており，操作ミスが軽減できます。

③抽出容器は抽出効率を高める独自の特殊構造になっています。

〔取扱い商品〕

●クイックチェイサーシリーズ

アデノウイルスキット	クイックチェイサー　Adeno 咽頭／角結膜
RS ウイルスキット	クイックチェイサー　RSV
Ｂ型肝炎ウイルス表面抗原キット	クイックチェイサー　HBsAg
Ｂ型肝炎ウイルス表面抗体キット	クイックチェイサー　HBsAb
トレポネーマ抗体キット	クイックチェイサー　TPAb
ヘモグロビン／トランスフェリンキット	クイックチェイサー　便潜血

●生化学液状試薬シリーズ

LAP, γ-GTP, AMY, CK, ALP, GLU, CRE, UA, BUN, T-CHO, TG, HDL-C, LDL-CIP等

三菱化学メディエンス株式会社

〒108-8559 東京都港区芝浦４－２－８

設立年月日：	平成19年４月１日
資本金：	30億円
代表者名：	代表取締役社長 吉富 敏彦
従業員数：	3,400名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.medience.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒289-2247：香取郡多古町水戸字水戸台1460－6
	TEL：0479－76－3666
商品問合せ先：	担当部門　：　学術部インフォメーショングループ
	TEL：03－5206－1661　FAX：03－5206－1762

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　キット・自動分析機用検査試薬

■全自動免疫血清検査システム　LPIA システム

■全自動免疫化学発光システム　DPC 社製　イムライズ2000/1000

■血液凝固測定装置　IL 社製　ACL TOP/Advance/10000/9000/7000

■分析用器具　ドイツ・エッペンドルフ社製　ピペット・遠心分離機・他

■分析用機械　TLC-FID/FPD イアトロスキャン

■その他　研究用試薬・病理検査用各種抗体・細胞凍結保存液・他

株式会社 メディカル ジャパン
MEDICAL JAPAN CO.,LTD.

〒431-3102 浜松市東区豊西町515—2

設立年月日：	昭和60年1月
資本金：	1,000万円
代表者名：	市川 明広
従業員数：	25名
E—mail：	medical-japan@guitar.ocn.ne.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒431-3102：浜松市東区豊西町515—2
	TEL：053-489-6638　FAX：053-489-6639
研究所所在地：	〒431-3102：浜松市東区豊西町904—7
	TEL：053-435-9881
商品問合せ先：	担当部門　：　検体搬送システムG
	TEL：053—489—6638　FAX：053—489—6639

〔展示主要商品〕

検体前処理搬送システム／MSシリーズ

特長：ユニットサイズの変更が可能でフリーレイアウト方式です。ラックも1本・5本・10本　対応が可能で省スペースでリアルタイムからバッチ処理の各ラインが構築できます。

〔取扱い商品〕

検体搬送システム
検体前処理システム（基本ユニット・25ユニット以上あり）
分注システム（子検体ラベラー・有無）
採血管準備システム
検体受付システム
検体搬送リフト
バーコードプリンター
子検体容器
子検体ラベル
ディスポチップ
閉栓用ポリキャップ

Medix Biochemica Medix Biochemica Oy Ab

Asematie 13 FIN-02700 kauniainen Finland

設立年月日：	1985年	
資本金：		
代表者名：	Ismo Råman	
従業員数：	80名	
E—mail：	pekka hilden@medixbiochemica.com	
URL(ホームページ)：	http:/www.medixbiochemica.com	
工場所在地：	〒　：Joensuu, Finland	
	TEL：	
商品問合せ先：	担当部門　：　Mr. Pekka Hilden	日本総代理：錦商事㈱
	TEL：+358—9—547—680	TEL：03—3639—8721
	FAX：+358—9—505—3441	FAX：03—3661—9594

〔展示主要商品〕

モノクローナル抗体各種

〔取扱い商品〕

・モノクローナル抗体各種
・迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティックテスト各種

当社は，1978年にMEDIX臨床検査センターで開発したモノクローナル抗体を販売以来，30年近い経験をもつ数少ない会社のひとつで，1986年からは日本にも輸出しております。

当社では，新製品と新技術の開発のために毎年利益の20～30%をR&Dに投資しております。今後，従来のインビトロ・モノクローナル抗体の提供に加えて，更に高い技術をもって日本の顧客の方々を支援したいと考えております。

RADIOMETER COPENHAGEN ラジオメーター株式会社

〒105-0003 東京都港区新橋3－16－11 愛宕ビル

設立年月日：	平成2年8月30日
資本金：	4億9,000万円
代表者名：	丸 貞克
従業員数：	160名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業企画部
	TEL：03－5777－3540　　FAX：03－5777－3541

〔展示主要商品〕

1st automatic

特長：ラジオメーター社の1st automatic（ファーストオートマチック）は，世界初のオートメーション化された血液ガスシステムです。測定装置，サンプラー，そしてIT機能が一体となって，従来の血液ガス検査におけるマニュアル操作を自動化し，大幅な簡易化を実現しました。

〔取扱い商品〕

血液ガスシステム	ABL800FLEX，ABL80FLEXシステム，ABL5
経皮血液ガスモニター	TCM4，TCM400，TCM40
精度管理溶液	クオリチェックプラスシリーズ
動脈血サンプラー	safePICOシリーズ，クリニチューブ
緊急検査データ管理システム	RADIANCE

Roche ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2－6－1

設立年月日：	1998年8月1日
資本金：	25億円
代表者名：	小川 渉
従業員数：	760名（2006年12月現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.roche-diagnostics.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	TEL：03－5443－7041(大代表) FAX：03－5443－7114

〔展示主要商品〕

特長：生化学，免疫血清，血液凝固，遺伝子と検査室におけるほぼすべての分野の分析機をラインナップ。皆様方の検査室においての効率性，経済性，信頼性の向上，そして省スペース化に至るまで，あらゆる商品・サービスを「Innovating Health Information」というビジョンの元ご提供させていただきます。

〔取扱い商品〕

〈生化学自動分析装置〉 モジュラーアナリティクス・コバス6000・9000シリーズ **〈免疫血清自動分析装置〉** モジュラーアナリティクス・コバスe411 **〈遺伝子解析，抽出装置〉** ・COBAS AMPLICOR ・MP-12 ・コバスTaqMan ・コバスAmpliPrep ・コバスTaqMan48 **〈血液凝固自動分析装置〉** ・STA-R Evolution ・STA Compact **〈血糖自己測定器〉** ・アキュチェックアビバ ・アキュチェックアクティブ・アキュチェックコンパクトプラス ・アキュチェックコンフォート **〈データ管理〉** ・アキュチェックスマートピックス **〈院内用血糖測定器〉** ・ケアシスト **〈簡易分析装置〉** ・cobas h 232 ・CoaguChek XS ・ユリシス1100 ・レフロトロン プラス ・アクトレンドGCT **〈血液ガス分析装置〉** ・cobas b 221 ・cobas b 121 ・OMNILINK **〈研究用PCR自動分析，抽出装置〉** ・LightCycler DX400 ・MagNA Pure

和光純薬工業株式会社

〒540-8605 大阪市中央区道修町3－1－2

設立年月日：	大正11年
資本金：	23億3,956万円
代表者名：	池添 太
従業員数：	1,400名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.wako-chem.co.jp/
工場所在地：	〒510-1222：三重郡菰野町大字大強原2613－2
	TEL：0593－93－4881
研究所所在地：	〒661-0963：尼崎市高田町6－1
	TEL：06－6499－1501
商品問合せ先：	担当部門 ： 臨床検査薬 カスタマーサポートセンター
	TEL：03－3270－9134 FAX：03－3241－5752

〔展示主要商品〕

自動化学発光酵素免疫分析装置／Sphere Light Wako

特長：・最大24項目，フルランダムアクセス処理
・全項目20分，180テスト／時間の処理能力
・PCT，NT-proBNPをはじめ（腫瘍マーカー，甲状腺，他ホルモン，感染症など）幅広い測定項目を用意しました
・省スペース

Whatman® Part of GE Healthcare ワットマンジャパン株式会社

〒169-0073 東京都新宿区百人町3－25－1 サンケンビルヂング GEヘルスケアバイオサイエンス㈱内

設立年月日：	1983年9月19日
資本金：	5,000万円
代表者名：	代表取締役 渡邉 温子
従業員数：	14名(2008年5月現在)
E－mail：	japaninfo@whatman.com
URL(ホームページ)：	http://www.whatman.co.jp
工場所在地：	〒 ：Whatman International Ltd. Maidstone, Kent, England 他
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：Whatman International Ltd. Maidstone, Kent, England 他
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：03－6864－1241 FAX：03－6864－1243

〔展示主要商品〕

イムノクロマト用メンブレン

特長：弊社では，イムノクロマトキットの部材でご使用頂ける，メンブレンおよび各種フィルタを取り揃えております。特に，イムノポアとプリマは，ラテラルフロー用に開発したメンブレンであり，国内国外で幅広い採用実績を誇る，新しいメンブレンです。

〔取扱い商品〕ラテラルフロー用メンブレン（特徴のあるグレードを数種類，ご用意しております）
フュージョン5（イムノクロマトキットに必要な5つの機能を有した万能フィルタです）
コンジュゲートリリースパット（放出量を向上したパットです）
血球分離用フィルタ（血液量に応じて，お選びいただけます）
吸水パット（セルロース繊維とガラス繊維の混合紙です）
サンプル採取紙（検体の採取・保存用途に最適です）
FTA製品（血液等からDNA分離・精製・保存・輸送が室温で可能）
サイクロポア(均一な孔径を有したフィルタ，薬剤徐放用途などに)
医療デバイス用フィルタ(バクテリア除去・加湿用途などに)
プロテインアレイ（タンパク質間相互作用をスライドで大量処理）
フィルタ内蔵プレート（アッセイキットの効率化に）

AACC　American Association for Clinical Chemistry

AACC は，臨床化学，Biochemistry，免疫学，病理学，毒物学，分子病理学などを専門とする10,000人の会員を擁する非営利の学術的，国際的な協会で，1948年創立した長い歴史をもっております。

AACC は，検査医学領域の最新の研究情報を収載した「Clinical Chemistry Journal」を毎月会員に提供しており，年１回開催の Annual Meeting では，800題を越す臨床化学分野の研究報告が行われ，併設の世界的規模の展示会にはアメリカ国内および海外から数百の出展社および40,000人を越える見学者を迎えております。

AACC には，次の部門があり，それぞれ専門「News Letter」を発行しております。①動物臨床化学　②栄養学　③免疫学　④分子病理学　⑤電解質　⑥小児科学　⑦電解質・血液ガス　⑧管理科学　⑨臨床検査の歴史　⑩蛋白およびリポ蛋白　⑪TDM および毒物学　⑫Laboratory-情報システム

AACC 入会希望の方は，申込書および年会費 $130.00を下記あてに送付して下さい．

American Association for Clinical Chemistry, Inc.
2101 L St., NW, Suite 202
Washington, DC 20037-1526
Tel : 1-202-857-0717, ext. 739
Fax : 1-202-833-4576
E-mail : cdonnell@aacc. org
Home Page : http: //www. aacc. org

AACC 展示会

clinical lab expo　　7月21～23日　2009　シカゴ市

展示に関しては下記にお問い合わせ下さい。
Sherago International Inc.
11 Penn Plaza・Suite 1003・New York, NY10001
Tel：+1-(212)643-1750・Fax：+1-(212)643-1758/57

MEDICA 運営事務局・デュッセルドルフ見本市会社

Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf, Germany

設立：1947年
代表者名：Wilhelm Giese（ヴィルヘルム・ギーゼ）
従業員数：480名
本社：ＴＥＬ：+49-211-456001　Fax：+49-211-4560668
問い合わせ先：㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
ＴＥＬ：03―5210―9951　Fax：03―5210―9959
mdj@messe-dus.co.jp

〈展示品〉
MEDICA 国際医療機器専門見本市＋会議のインフォメーション
MEDICA は1969年以来デュッセルドルフで毎年開催される医療機器を専門に扱った見本市で初回以来発展を続け2007年度の開催では世界100カ国から4,300社の企業の出展と78カ国から138,000人の来場者が記録されています。
MEDICA は最初の開催以来医療分野の市場のニーズをそのまま反映し続け，今や世界第一級の専門見本市としての地位を確立させました。

〈展示分野〉以下の分野に属するものが展示品となります。
電子医療機器　医療機器　ラボ技術　診断技術　薬品　EDP
整形外科技術　消耗品　ディスポ製品　サービス
病院用家具　ランドリー機器　病院用厨房設備　配膳システム
清掃機器　消毒機器　情報処理システム　救急医療

Praxis und Hospital
MEDICA

展示会社・住所録

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
アークレイ株式会社	本社	604-8153	京都市中京区烏丸四条上ル笋町689　京都御幸ビル10F	(050)5527—9301	
アークレイマーケティング株式会社	営業統括本部	160-0004	新宿区四谷1—20—20　大雅ビル4F	(050)5527—7700	(03) 3358—8536
	北海道・東北	980-0824	仙台市青葉区支倉町4—34　マルキンビル4F	(050)5536—5705	(022) 263—5225
	事業所		札幌SSO、盛岡SSO、仙台SSO		
	関東・甲信越	160-0004	新宿区四谷1—20—20　大雅ビル3F	(050)5527—7702	(03) 3358—8537
	事業所		さいたまSSO、東京SSO、千葉SSO、横浜SSO、新潟SSO、松本SSO		
	近畿・中部・北陸	564-0063	吹田市江坂町1—16—31　KIMビル4F	(06) 6337—8311	(06) 6337—8313
	事業所		静岡SSO、名古屋SSO、金沢SSO、京都SSO、大阪SSO、神戸SSO		
	中国・四国・九州	812-0024	福岡市博多区綱場町1—1　福岡第一生命館4F	(050)5527—9290	(092) 282—3091
	事業所		松山SSO、岡山SSO、広島SSO、福岡SSO、熊本SSO、沖縄SSO、鹿児島SSO		
アイ・エル・ジャパン株式会社	本社	105-0013	港区浜松町2—2—15　浜松町ゼネラルビル	(03) 3437—6350	(03) 3437—6352
アイエスケー株式会社	本社	113-0034	文京区湯島4—9—12	(03) 3812—0191	(03) 3812—9284
	認可工場	120-0003	足立区東和3—5—4	(03) 3620—1003	(03) 3620—0877
	大阪連絡事務所	574-0062	大東市氷野3—5—12	(072) 872—9484	(072) 872—9484
株式会社アイディエス	本社	861-8038	熊本市長嶺東8—14—30	(096) 380—4225	(096) 389—2077
	東京営業所	150-0047	渋谷区神山町16—2　ビットキューブ301	(03) 5738—9314	(03) 5738—9316
	名古屋事務所	450-0001	名古屋市中村区那古野1—38—1　星光桜通ビル4F	(052) 586—0352	(052) 586—0354
	大阪事務所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1—18—31　新星和新大阪ビル807	(06) 6370—1850	(06) 6370—1851
	広島事務所	733-0011	広島市西区横川町2—15—16　フィレンツェ横川1F	(082) 532—1088	(082) 532—1089
アイテック阪急阪神株式会社	本社	553-0001	大阪市福島区海老江1—1—31	(06) 6456—5223	(06) 6456—5252
	東京支社	105-0023	港区芝浦1—12—3	(03) 3798—1011	(03) 3798—1028
株式会社アキュレックス	本社/工場	103-0007	中央区日本橋浜町3—31—8	(03) 3639—5751	(03) 3639—5754
アジア器材株式会社	本社	194-0022	町田市森野2—27—12	(042) 723—4670	(042) 728—0163
株式会社アステックコーポレーション	本社	554-0012	大阪市此花区西九条1—4—10	(06) 6466—1679	(06) 6466—1266
	東京支店	103-0023	中央区日本橋本町4—14—2　第2カワイビル3F	(03) 3667—5707	(03) 3667—5701
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西13—4—104 北晴大通りビル5F	(011) 241—2025	(011) 241—2026
	名古屋営業所	464-0848	名古屋市千種区春岡1—1—2 YAMAMAN仲田ビル5F	(052) 759—5388	(052) 759—5387
	中四国営業所	710-0821	倉敷市川西町10—2　倉敷川西町RGB 3F	(086) 423—7830	(086) 434—8401
	福岡営業所	812-0011	福岡市博多区博多駅前3—6—12 オヌキ博多駅前ビル3F	(092) 483—5005	(092) 483—5006
	仙台事業所	982-0031	仙台市太白区泉崎1—16—6　グラバー館105	(022) 743—2263	(022) 341—0266

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	福井事業所	910-0347	坂井市丸岡町熊堂3－7－1－16　福井県産業支援センター8F	(0776) 67—5710	(0776) 67—5719
アボット ジャパン株式会社	東京本社	106-8535	港区六本木1－9－9	(03) 3589—9445	(03) 3589—9448
	札幌営業所	060-0003	札幌市中央区北三条西1－1－1　札幌パナソニックビル6F	(011) 219—1891	(011) 219—1870
	仙台営業所	983-0852	仙台市宮城野区榴岡4－2－3　仙台MTビル12F	(022) 792—6971	(022) 792—6998
	東京事業所	151-8563	渋谷区千駄ヶ谷5－25－5	(03) 5367—3925	(03) 5367—3926
	名古屋営業所	465-0093	名古屋市名東区一社4－97	(052) 702—3508	(052) 702—3509
	大阪営業所	541-0051	大阪市中央区備後町1－1－6	(06) 6228—8630	(06) 6203—5805
	広島営業所	732-0052	広島市東区光町2－7－8　4F	(082) 568—1925	(082) 261—0691
	福岡営業所	812-0039	福岡市博多区冷泉町5－32　オーシャン博多ビル4F	(092) 291—6651	(092) 291—4693
アラム株式会社	本社	530-0043	大阪市北区天満2－3－10	(06) 6351—8860	(06) 6351—8856
	工業用品部	530-0043	大阪市北区天満2－15－5	(06) 6351—8872	(06) 6353—1250
	東京営業所	125-0062	葛飾区青戸2－2－16	(03) 3696—4500	(03) 3696—4525
	松山営業所	791-8036	松山市高岡町40－1－2	(089) 971—5454	(089) 971—5454
アロカ株式会社	本社	181-8622	三鷹市牟礼6－22－1	(0422) 45—5502	(0422) 45—7751
	埼玉支店	331-0052	さいたま市西区三橋5－790	(048) 623—2501	(048) 620—1236
	札幌支店	065-0033	札幌市東区北33条東10－5－15	(011) 722—2205	(011) 722—2208
	仙台支店	982-0014	仙台市太白区大野田字王ノ檀4－1	(022) 346—9520	(022) 346—9521
	名古屋支店	468-0051	名古屋市天白区植田3－803	(052) 805—2660	(052) 805—2283
	大阪支店	564-0051	吹田市豊津町41－35	(06) 4861—4888	(06) 4861—4860
	広島支店	733-0035	広島市西区南観音5－9－7	(082) 292—0019	(082) 292—6329
	福岡支店	812-0054	福岡市東区馬出4－3－10	(092) 633—3131	(092) 633—3621
株式会社医学生物学研究所	本社	460-0002	名古屋市中区丸の内3－5－10　住友商事丸の内ビル5F	(052) 971—2081	(052) 971—2337
	札幌営業所	060-0807	札幌市北区北七条西7－1－30　RICH 7・7 BLDG 2F	(011) 717—6547	(011) 717—6546
	東北営業所	960-1242	福島市松川町美郷4－1－1　G&Gサイエンス株式会社内	(024) 537—2480	(024) 537—2481
	首都圏統轄営業所	173-0004	板橋区板橋2－9－3　埼京ビル4F	(03) 5248—2861	(03) 5248—2930
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3－5－10　住友商事丸の内ビル5F	(052) 972—0470	(052) 971—2065
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島3－3－4　SPビル7F	(06) 6305—2039	(06) 6305—6255
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東3－1－4　タカ福岡ビル5F	(092) 481—0530	(092) 481—0537
	伊那研究所	396-0002	伊那市手良沢岡1063－103	(0265) 76—1777	(0265) 76—0584
株式会社イワキ	東京支店	101-0031	千代田区東神田2－5－15	(03) 5820—7560	(03) 5825—0325

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	大阪支店	540-0026	大阪市中央区内本町1－3－5	(06) 6943—6411	(06) 6920—5033
	名古屋支店	465-0095	名古屋市名東区高社1—251	(052) 774—7631	(052) 769—1677
	九州支店	802-0014	北九州市小倉北区砂津3－3—10	(093) 541—1636	(093) 551—0053
	仙台支店	981-3112	仙台市泉区八乙女4—18—1	(022) 374—4711	(022) 371—1017
	静岡営業所	422-8008	静岡市駿河区栗原16—16	(054) 262—2181	(054) 267—1021
	広島営業所	733-0821	広島市西区庚午北1—10—15	(082) 271—9441	(082) 273—1528
	熊谷営業所	360-0018	熊谷市中央1—35	(048) 523—9186	(048) 520—1398
	松本営業所	390-0851	松本市大字島内3920—1	(0263) 40—0500	(0263) 40—0517
	水戸営業所	310-0845	水戸市吉沢町297	(029) 247—4861	(029) 240—1359
インバネス・メディカル・ジャパン株式会社	本社	160-0023	新宿区西新宿1—24—1　エステック情報ビル18F	(03) 5326—7300	(03) 5326—7177
	札幌オフィス	060-0061	札幌市中央区南1条西7－1－3　YTYビル8F	(011) 204—9961	(011) 204—9962
	仙台オフィス	980-0014	仙台市青葉区本町2－5－1　オーク仙台ビル2F	(022) 217—7207	(022) 217—7208
	東京オフィス	160-0023	新宿区西新宿1—24—1　エステック情報ビル18F	(03) 5326—7747	(03) 5326—7177
	名古屋オフィス	460-0002	名古屋市中区丸の内3—16—19　丸の内ニューネットビル8F	(052) 959—3717	(052) 959—3718
	大阪オフィス	541-0046	大阪市中央区平野町2—2—13　マルイト堺筋ビル4F	(06) 6228—9882	(06) 6228—9883
	福岡オフィス	812-0007	福岡市博多区東比恵2—20—27　イワキビル2F	(092) 473—9561	(092) 473—9562
ウシオ電機株式会社	本社	100-8150	千代田区大手町2－6－1	(03) 3242—0694	(03) 3242—2700
株式会社エイアンドティー	本社	220-0005	横浜市西区南幸2—20—5　東伸24ビル	(045) 317—1252	(045) 317—1280
	札幌オフィス	003-0022	札幌市白石区南郷通13—南3－1	(011) 864—1165	(011) 864—1162
	仙台オフィス	980-0802	仙台市青葉区二日町3—10	(022) 712—3021	(022) 712—3023
	横浜本社オフィス	220-0005	横浜市西区南幸2—20—5　東伸24ビル	(045) 317—1253	(045) 317—1280
	名古屋オフィス	460-0008	名古屋市中区栄4—14—31	(052) 249—9335	(052) 262—4070
	大阪オフィス	560-0082	豊中市新千里東町1－4－2	(06) 4863—7737	(06) 4863—7750
	福岡オフィス	812-0011	福岡市博多区博多駅前4－1－1	(092) 414—4333	(092) 414—4355
栄研化学株式会社	本社	110-8408	台東区台東4—19—9　山口ビル7	(03) 5846—3307	(03) 5846—3475
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西14—3—23　札幌泉ビル	(011) 281—5401	(011) 281—5404
	仙台営業所	980-0011	仙台市青葉区上杉2－3－7　K2小田急7Fビル	(022) 712—2882	(022) 712—2881
	東京第1/2営業所	110-8408	台東区台東4—19—9　山口ビル7	(03) 5846—3268	(03) 5846—3271
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3－8－8　小島ビル	(052) 951—3022	(052) 971—1146
	京都営業所	604-0857	京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋280　マニュライフプレイス京都	(075) 212—7277	(075) 212—7288

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	大阪営業所	541-0052	大阪市中央区安土町３－３－９　田村駒ビル３Ｆ	(06) 264—5312	(06) 264—5322
	広島営業所	730-0051	広島市中区大手町３－７－２　あいおい損保・広島ビル９Ｆ	(082) 274—4506	(082) 247—4515
	高松営業所	760-0056	高松市伏石町355－１	(087) 867—7751	(087) 867—7753
	福岡営業所	810-0001	福岡市中央区天神４－２－36　天神第一ビル	(092) 751—2227	(092) 711—7085
株式会社エクセル・クリエイツ	本　　社	542-0061	大阪市中央区安堂寺町２－３－５	(06) 6766—2202	(06) 6766—2201
エッペンドルフ株式会社	本　　社	101-0031	千代田区東神田２－４－５	(03) 5825—2361	(03) 5825—2365
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島１－17－18	(06) 6990—4821	(06) 6990—4824
NECソフト株式会社	本　　社	136-8608	江東区新木場１－18－６	(0120) 632—364	
エプソン販売株式会社	本　　社	160-8324	新宿区西新宿６－24－１　西新宿三井ビル24F	(050)3155—7020	
エム・シー・メディカル株式会社	本社/東京支店	160-8355	新宿区西新宿７－５－25　西新宿木村屋ビル11F	(03) 5330—7861	(03) 5330—0499
	大阪支店	542-0081	大阪市中央区南船場２－１－10　KDX南船場第一ビル	(06) 6271—7855	(06) 6271—1012
	九州支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東３－13－21　エフビル２Ｆ	(092) 476—0833	(092) 476—0832
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社	本社, 東京オフィス	101-0065	千代田区西神田３－５－２	(03) 4411—7300	(03) 4411—7711
	北海道オフィス	060—0042	札幌市中央区大通西12－４	(0120) 03—6527	
	東北オフィス	980-0021	仙台市青葉区中央４－10－３	〃	
	大宮オフィス	330-0844	さいたま市大宮区下町２－43－１	〃	
	船橋オフィス	273-0005	船橋市本町１－18－10	〃	
	横浜オフィス	222-0033	横浜市港北区新横浜３－20－12	〃	
	名古屋オフィス	460-0002	名古屋市中区丸の内１－４－12	〃	
	大阪オフィス	532-0003	大阪市淀川区宮原３－５－36	〃	
	広島オフィス	732-0824	広島市南区的場町１－２－21	〃	
	岡山オフィス	700-0976	岡山市辰巳22－103	〃	
	松山オフィス	790-0003	松山市三番町４－11－６	〃	
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東２－14－１	〃	
株式会社オネスト	本　　社	113-0033	文京区本郷４－９－25　真成館ビル	(03) 5689—5900	(03) 3815—3961
	医療システム部	113-0033	文京区本郷４－９－25　真成館ビル	(03) 5689—5903	(03) 5689—5993
	名古屋支店	450-0003	名古屋市中村区名駅南１－３－18　NORE名駅ビル	(052) 571—1600	(052) 571—1605
	大阪支店	540-0008	大阪市中央区大手前１－４－12　大阪天満橋ビル	(06) 6947—4777	(06) 6947—4778
	㈱オネスト九州	812-0011	福岡市博多区博多駅前２－11－16　第２大西ビル	(092) 432—3777	(092) 432—3776
オリンパス株式会社	東京営業グループ	163-0914	新宿区西新宿２－３－１　新宿モノリス	(03) 3340—2227	(03) 6901—4916

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	札幌	060-0034	札幌市中央区北4条東1－2－3　札幌フコク生命ビル	(011) 222—2554	(011) 222—2587
	仙台	981-3133	仙台市泉区泉中央1—13—4　泉エクセルビル	(022) 773—8731	(022) 371—1102
	さいたま	330-0038	さいたま市北区宮原町2—16—14　新正ビル	(048) 665—5396	(048) 665—5332
	名古屋	460-0003	名古屋市中区錦2—19—25　日本生命広小路ビル	(052) 201—4868	(052) 201—9588
	大阪	532-0003	大阪市淀川区宮原1－6－1　新大阪ブリックビル	(06) 6399—8008	(06) 6399—9102
	福岡	810-0029	福岡市博多区古門戸町2－4　KSコモンドビル	(092) 262—1235	(092) 281—8708
オルガノ株式会社	機能商品事業部	136-8631	江東区新砂1－2－8	(03) 5635—5191	(03) 3699—7220
	北海道支店	060-0907	札幌市東区北7条東5－8—37	(011) 704—1132	(011) 751—2622
	東北支店	980-0811	仙台市青葉区本町1—11—1	(022) 261—6801	(022) 264—3035
	中部支店	450-0006	名古屋市中区葵1—27—29	(052) 939—0781	(052) 931—1666
	関西支店	564-0053	吹田市江の木町1－6	(06) 6193—7605	(06) 6192—8552
	中国支店	730-0011	広島市中区基町12—3	(082) 228—9977	(082) 228—2811
	九州支店	810-0012	福岡市中央区白金1－4－2	(092) 526—7833	(092) 526—7922
関東化学株式会社	札幌営業所	004-0811	札幌市清田区美しが丘一条8—4—1	(011) 882—1511	(011) 883—2538
	仙台営業所	983-0035	仙台市宮城野区日の出町1－7－9	(022) 284—0175	(022) 284—9816
	中京営業所	491-0922	一宮市大和町妙興寺字中之町4	(0586) 24—1725	(0586) 24—3038
	大阪支店	541-0048	大阪市中央区瓦町2－5－1	(06) 6222—3709	(06) 6222—3412
	福岡支店	812-0007	福岡市博多区東比恵2—22—3	(092) 414—9361	(092) 414—9356
キーウェアソリューションズ株式会社	本社	160-8422	新宿区新宿3－1—13	(03) 5369—1111	
	八幡山事業所	156-8588	世田谷区上北沢5—37—18	(03) 3290—6700	(03) 3290—6742
	キーウェア西日本	541-0045	大阪市中央区道修町3－4—10	(06) 6202—3711	(06) 4707—3770
	キーウェア北海道	060-0807	札幌市北区北七条西1－1－5	(011) 757—8551	(011) 757—2322
	キーウェア九州	812-0013	福岡市博多区博多駅東3—13—21	(092) 452—0950	(092) 452—0953
協和メデックス株式会社	本社	104-6004	中央区晴海1－8—10　晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX 4F	(03) 6219—7600	(03) 6219—7614
	東京支店	104-0033	中央区新川1－8－5　KKビル	(03) 5542—6011	(03) 5542—6015
	大阪支店	530-8280	大阪市北区梅田1－8—17　大阪第一生命ビル7F	(06) 6346—4821	(06) 6346—4826
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西7－1　ダヴィンチ札幌パークフロント	(011) 261—5455	(011) 261—5457
	仙台営業所	980-0822	仙台市青葉区立町27—21　仙台橋本ビルヂング	(022) 213—3821	(022) 213—3829
	横浜営業所	220-0004	横浜市西区北幸2－8－4　横浜西口KNビル	(045) 324—2591	(045) 324—2597
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3—21—25　清風ビル	(052) 962—7370	(052) 953—6010

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	広島営業所	732-0827	広島市南区稲荷町２―16　広島稲荷町第一生命ビル	(082) 261―9880	(082) 261―9882
	九州営業所	812-8663	福岡市博多区博多駅前２―２―１　福岡センタービル	(092) 474―5222	(092) 452―3369
	四国出張所	790-0001	松山市一番町３―２―11　松山第一生命ビル	(089) 941―8807	(089) 941―8905
極東製薬工業株式会社	本　　社	103-0024	中央区日本橋小舟町７―８	(03) 5645―5661	(03) 5645―5705
	札幌営業所	064-0809	札幌市中央区南９条西20―２―24	(011) 532―2551	(011) 520―1380
	仙台営業所	984-0002	仙台市若林区卸町東１―２―９	(022) 238―8721	(022) 238―8702
	東京営業所	103-0013	中央区日本橋小舟町７―８	(03) 5645―5701	(03) 5645―5707
	名古屋営業所	465-0087	名古屋市名東区名東本通２―32	(052) 789―0666	(052) 789―0668
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島２―14―６	(06) 6304―5446	(06) 6304―4992
	広島営業所	732-0807	広島市南区荒神町１―２	(082) 262―5446	(082) 262―5447
	高知営業所	780-0870	高知市本町４―２―52	(088) 825―3031	(088) 823―4501
	福岡営業所	813-6591	福岡市東区多の津１―14―１	(092) 621―2345	(092) 621―2341
久保田商事株式会社	本　　社	113-0033	文京区本郷３―29―９	(03) 3815―1331	(03) 3814―2574
	札幌営業所	065-0015	札幌市東区北15条東10―２―６	(011) 751―2175	(011) 751―2176
	仙台営業所	984-0038	仙台市若林区伊佐字東通30	(022) 287―2181	(022) 287―2182
	つくば営業所	305-0033	つくば市東新井26―17	(029) 856―3211	(029) 856―5811
	名古屋営業所	464-0850	名古屋市千種区今池１―25―５	(052) 741―1871	(052) 741―1873
	大阪営業所	540-0013	大阪市中央区内久宝寺町４―２―17	(06) 6762―8471	(06) 6762―8473
	広島営業所	730-0138	広島市安佐南区祇園４―51―26	(082) 871―7811	(082) 871―7828
	四国営業所	799-3202	伊予市双海町上灘甲6466―２	(089) 986―5018	(089) 986―5019
	福岡営業所	813-0034	福岡市東区多の津５―21―10	(092) 621―1161	(092) 621―1162
CLINICA Corporation	San Marcos		774 North Twin Oaks Valley Road, Suite C San Marcos, California 92069	(760) 744―1900	(760) 941―9593
	㈱ベリタス	105-0001	港区虎ノ門２―７―14　八洲ビル	(03) 3593―3211	(03) 3593―3216
GRIFOLS	日本駐在員事務所	530-0001	大阪市北区梅田２―２―２　ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19F	(06) 6133―5410	(06) 6133―5757
	本　　社		Marina16―18, Planta26 08005 Barcelona, SPAIN	+34-935-710-500	+34-935-710-267
株式会社 ケー・エヌ・エフ・ジャパン	本　　社	106-0047	港区南麻布２―４―５　皆川ビル５F	(03) 5443―5661	(03) 5443―5654
	関西営業所	600-8861	京都市下京区七条御所ノ内北町93　グランドメイリンセブン503号室	(075) 326―3790	(075) 326―3761
興和㈱電機光学事業部	東京支店(本部)	103-8433	中央区日本橋本町３―４―14	(03) 5623―8054	(03) 5623―8050
	仙台営業所	980-0802	仙台市青葉区二日町12―21	(022) 267―1784	(022) 211―6969
	名古屋支店	461-0005	名古屋市東区東桜１―10―37	(052) 963―3296	(052) 963―3297

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	大阪支店	541-8511	大阪市中央区淡路町2—3—5	(06) 6204—6182	(06) 6204—6188
	広島営業所	730-0014	広島市中区上幟町10—23	(082) 502—8571	(082) 502—8570
	福岡支店	812-0025	福岡市博多区店屋町4—15	(092) 271—2663	(092) 282—0392
小林クリエイト株式会社	本社	448-8656	刈谷市小垣江町北高根115	(0566) 26—5310	(0566) 26—5308
	医療事業部	104-0041	中央区新富1—18—1	(03) 3553—5871	(03) 3553—2635
株式会社サトー	本社	150-0013	渋谷区恵比寿1—21—3　恵比寿NRビル	(03) 5789—2500	(03) 5420—5500
	営業本部	150-0013	渋谷区恵比寿4—9—10	(03) 5449—3101	(03) 5449—4464
	東京支社	150-0013	渋谷区恵比寿4—9—10	(03) 5449—3453	(03) 5449—9246
	大阪支社	564-0051	吹田市豊津町10—26　21センチュリービル	(06) 6369—5070	(06) 6369—5071
	名古屋支社	451-0082	名古屋市西区大金町5—6	(052) 523—8520	(052) 523—8508
	札幌支店	007-0837	札幌市東区北37条東15—1—18	(011) 702—4111	(011) 702—4118
	仙台支店	981-3133	仙台市泉区泉中央1—20—4	(022) 772—5011	(022) 772—5014
	横浜支店	223-0059	横浜市港北区北新横浜2—1—10	(045) 547—3100	(045) 547—3811
	広島支店	731-0103	広島市安佐南区緑井3—18—12	(082) 870—7100	(082) 870—7102
	福岡支社	811-2205	粕屋郡志免町大字別府680—1	(092) 626—1310	(092) 626—1300
	他9支店15営業所				
ジーエルサイエンス株式会社	本社・東京営業部	163-1130	新宿区西新宿6—22—1　新宿スクエアタワー30F	(03) 5323—6611	(03) 5323—6622
	大阪支店	530-0043	大阪市北区天満4—1—18　ジーエル大阪ビル	(06) 6357—5060	(06) 6357—4580
	東北営業所	960-8201	福島市岡島字長岬5—3	(024) 533—2244	(024) 536—1518
	筑波営業所	305-0051	つくば市二の宮3—13—2	(029) 858—3700	(029) 858—3780
	千葉営業所	260-0028	千葉市中央区新町17—16　新町芳野ビル	(043) 248—2441	(043) 248—2485
	北関東営業所	331-0812	さいたま市北区宮原町1—38　島村ビル	(048) 667—1611	(048) 667—1656
	横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜2—12—11　光正第3ビル	(045) 475—1144	(045) 475—1145
	名古屋営業所	461-0002	名古屋市東区代官町40—18　ALA代官町ビル	(052) 931—1761	(052) 931—1814
	広島営業所	730-0841	広島市中区舟入町2—20　第2ISビル	(082) 233—1101	(082) 233—1110
	九州営業所	812-0029	福岡市博多区古門戸町2—4　KSコモンドビル	(092) 291—5200	(092) 291—2552
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社	本社	141-8673	品川区東五反田3—20—14　高輪パークタワー	(03) 5423—8820	(03) 5423—8812
重松貿易株式会社	本社	541-0047	大阪市中央区淡路町2—2—5	(06) 6231—6146	(06) 6231—6149
	東京支店	170-0002	豊島区巣鴨1—20—9　巣鴨ファーストビル8F	(03) 5976—3322	(03) 5976—3320
	つくばライフサイエンスオフィス	305-0035	つくば市松代2—102　SOHOつくば104	(029) 860—6066	(029) 860—6088

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
株式会社システムバイオティックス	本社	226-8510	横浜市緑区長津田町4259－3　東工大横浜ベンチャープラザW306	(045) 989—0780	(045) 989—0781
シスメックス株式会社	本社	651-0073	神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1	(078) 265—0500	(078) 265—0524
	東京支社	141-0032	品川区大崎1－2－2　アートビレッジ大崎セントラルタワー8F	(03) 5434—8550	(03) 5434—8551
	仙台支店	981-3133	仙台市青葉区中央4－6－1　SS30 24F	(022) 722—1710	(022) 265—1661
	北関東支店	330-0843	さいたま市大宮区吉敷町4－261－1　キャピタルビル7F	(048) 600—3888	(048) 601—2272
	名古屋支店	465-0025	名古屋市名東区上社1－603	(052) 775—8101	(052) 775—5217
	大阪支店	564-0063	吹田市江の木町17－1　江坂全日空ビル5F	(06) 6337—8300	(06) 6337—8200
	広島支店	730-0036	広島市中区袋町3－17　シシンヨービル5F	(082) 248—9070	(082) 248—9075
	福岡支店	812-0016	福岡市博多区博多駅南4－9－24	(092) 411—4314	(092) 474—3862
シスメックス・ビオメリュー株式会社	本社	141-0032	品川区大崎1－2－2　アートビレッジ大崎セントラルタワー8F	(03) 6834—2666	(03) 6834—2667
株式会社柴崎製作所	本社	369-1242	深谷市北根12－5	(048) 584—2211	(048) 584—0229
株式会社常光	本社	113-0033	文京区本郷3－19－4	(03) 3815—1717	(03) 3815—1759
	東京支店 東京技術研究所	213-8588	川崎市高津区宇奈根731－1	(044) 811—9211	(044) 811—9209
	札幌支店	060-0005	札幌市中央区北5条西13	(011) 219—2211	(011) 219—4701
	名古屋支店	450-0003	名古屋市中村区名駅南3－7－2　洲崎ビル2F	(052) 541—3565	(052) 541—3562
	大阪支店	567-0811	茨木市上泉町9－37	(0726) 24—4411	(0726) 24—4477
	福岡支店	812-0029	福岡市博多区古門戸3－12	(092) 281—5757	(092) 281—5760
	仙台営業所	983-0045	仙台市宮城野区宮城野1－26－21	(022) 292—7170	(022) 292—7305
	新潟営業所	950-0836	新潟市東中野山3－5－15	(025) 277—3811	(025) 277—0522
	静岡営業所	439-0037	菊川市西方154	(0537) 36—1126	(0537) 36—2169
	広島営業所	734-0022	広島市南区東雲2－2－14－104	(082) 508—0852	(082) 508—0851
SHENZHEN MINDRAY BIOMEDICAL ELECTORONICS CO. LTD.			Mindray Building, Keij Road 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan Distriet, Shenghen City、518057. P.R. China	755—26582888	755—26582900
スペクトリス株式会社 マイクロスキャン事業部	本社	98057	1201 SW 7th St. Renton, WA USA	425—226—5700	425—226—8250
	日本事業所	101-0045	千代田区神田鍛冶町3－5－2	(03) 3255—8163	(03) 3255—8154
積水メディカル株式会社	本社	103-0027	中央区日本橋3－13－5　KDX日本橋313ビル	(03) 3272—0827	(03) 3281—0510
	検査センター営業所	103-0027	中央区日本橋3－13－5　KDX日本橋313ビル	(03) 3272—0906	(03) 3272—0907
	北海道営業所	060-0005	札幌市中央区北5条西6－2－2	(011) 272—7288	(011) 272—7299
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町3－5－21	(022) 263—8560	(022) 263—8561
	東日本営業所	135-0063	江東区有明2－5－7　TOC有明イーストタワー8F	(03) 5520—1360	(03) 5520—1350

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	首都圏第一営業所	135-0063	江東区有明２－５－７　TOC有明イーストタワー８Ｆ	(03) 5520—1360	(03) 5520—1350
	首都圏第二営業所	135-0063	江東区有明２－５－７　TOC有明イーストタワー８Ｆ	(03) 5520—1360	(03) 5520—1350
	中部営業所	460-0011	名古屋市中区錦１－５－11	(052) 209—7714	(052) 209—7724
	西日本第一営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原３－３－31	(06) 6350—6581	(06) 6350—6582
	西日本第二営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原３－３－31	(06) 6350—6581	(06) 6350—6582
	中国営業所	732-0052	広島市東区光町１－10－19	(082) 261—7862	(082) 261—7863
	九州営業所	812-0013	福岡市博多区駅前３－26－29	(092) 451—0511	(092) 474—4136
セラビジョン・ジャパン株式会社	本社	220-8120	横浜市西区みなとみらい２－２－１	(045) 670—7110	(045) 670—7001
株式会社セントラル科学貿易	東京本社	111-0052	台東区柳橋１－８－１	(03) 5820—1500	(03) 5820—1515
	札幌出張所	001-0911	札幌市北区新琴似11条13－９－３	(011) 764—3611	(011) 764—3612
	大阪支店	533-0031	大阪市東淀川区西淡路１－１－36	(06) 6325—3171	(06) 6325—5180
	福岡営業所	812-0016	福岡市博多区博多駅南１－２－15	(092) 482—4000	(092) 482—3797
大扇産業株式会社	本社	534-0021	大阪市都島区都島本通１－15－17	(06) 6928—7441	(06) 6928—7445
	東京支社	102-0074	千代田区九段南２－３－26　井関ビル４Ｆ	(03) 5276—0202	(03) 5276—0203
	大阪ソリューションセンター	566-0035	摂津市鶴野３－７－14	(0726) 32—3666	(0726) 32—4700
	〈グループ企業〉				
	富山大扇工業㈱	930-0401	中新川郡上市町広野新269	(0764) 73—0336	(0764) 73—0338
	上海大扇塑料包装有限公司		中華人民共和国上海市青浦区華新鎮華丹路501号１室	86-21-5979-0140	86-21-5979-0141
	大扇(上海)有限公司		中華人民共和国上海市嘉定区方泰鎮泰波路289號	86-21-5950-4597	86-21-5950-4314
	日本バイオセラ㈱	102-0074	千代田区九段南２－３－26　井関ビル４Ｆ	(03) 5276—0212	(03) 5276—0203
Dynal Biotech ASA	Oslo		Ullernschausseen 52, 0379 Oslo, Norway	(47) 228061110	(47) 22519505
	㈱ベリタス	105-0001	港区虎ノ門２－７－14　八洲ビル	(03) 3593—3211	(03) 3593—3216
株式会社タウンズ	本社	410-0005	沼津市双葉町９－12－２	(055) 925—6200	(055) 925—6161
竹内精工株式会社	本社	971-8184	いわき市泉町黒須野字江越246－16	(0246) 56—5281	(0246) 56—5282
	関東営業所	359-0021	所沢市東所沢２－36－６	(042) 945—3750	(042) 945—3680
	関西営業所	533-0021	大阪市東淀川区下新庄５－６－27　SIビルイシダ	(06) 6370—9728	(06) 6370—9736
	九州営業所	861-0136	鹿本郡植木町岩野266－10　グリーンＡビル２Ｆ	(096) 215—3225	(096) 215—3226
ダコ・ジャパン株式会社	本社	112-0004	文京区後楽２－５－１　住友不動産飯田橋ファーストビル	(03) 5802—7211	(03) 5802—7212
	京都事業所	600-8493	京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル	(075) 211—3675	(075) 211—1755
田中貴金属工業株式会社	東京本社	100-6422	千代田区丸の内２－７－３　東京ビルディング22Ｆ	(03) 6311—5515	(03) 6311—5516

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
田中貴金属販売株式会社	東京本社	100-0005	千代田区丸の内2－7－3　東京ビルディング22F	(03) 5222—1300	(03) 5222—1309
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町2－2－3	(022) 227—2351	(022) 221—4519
	さいたま支店	330-0846	さいたま市大宮区大門町3—42—5　太陽生命大宮ビル	(048) 649—0411	(048) 649—1433
	立川支店	190-0012	立川市曙町2—38—5　立川ビジネスセンタービル	(0425) 28—7786	(0425) 28—7787
	横浜支店	220-0004	横浜市西区北幸1—11—15　横浜ＳＴビル	(045) 324—8073	(045) 324—8076
	長野支店	380-0921	長野市栗田源田窪1000—1　長栄長野東口ビル	(026) 224—0821	(026) 226—7968
	名古屋支店	460-0011	名古屋市中区大須4—1—70	(052) 262—2811	(052) 264—4713
	大阪支店	530-0003	大阪市北区堂島2—2—2　近鉄堂島ビル	(06) 6341—0120	(06) 6341—1594
	京都支店	604-8153	京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691　りそな京都ビル	(075) 257—2356	(075) 257—2343
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前1—4—1　博多駅前第一生命ビル	(092) 481—2100	(092) 481—3070
	水戸営業所	310-0803	水戸市城南1—1—6　サザン水戸ビル	(029) 224—7711	(029) 224—1207
	千葉営業所	260-0028	千葉市中央区新町1—17　JPRビル	(043) 204—2621	(043) 204—1721
	浜松営業所	430-0928	浜松市中区板屋町110—5　浜松第一生命日通ビル	(053) 450—4830	(053) 450—4831
	金沢営業所	920-0853	金沢市本町2—11—7　金沢フコク生命駅前ビル	(076) 234—6652	(076) 234—6782
	滋賀営業所	522-0076	彦根市大東14—15　上野第Ｖビル	(0749) 21—1021	(0749) 21—1022
	姫路営業所	670-0964	姫路市豊沢町137　姫路センタービル	(0792) 26—1911	(0792) 26—1925
	広島営業所	732-0824	広島市南区的場街1—1—21　クリスタルタワー	(082) 264—5233	(082) 264—2139
Diba Industries, Inc.			4 Precision Road, Danbury, CT 06810 USA	(203) 744—0773	(203) 744—0525
デイド ベーリング株式会社	本　　社	104-0033	中央区新川1—3—17　新川三幸ビル	(03) 3537—3900	(03) 3537—3901
	大阪ショールーム	564-0063	吹田市江坂町1—14—33　大町ビル1F	(06) 6378—2801	(06) 6378—2805
株式会社テクノメディカ	本　　社	224-0041	横浜市都筑区仲町台5—5—1	(045) 948—1961	(045) 948—1962
	名古屋支店	464-0850	名古屋市千種区今池4—4—9	(052) 741—1516	(052) 741—1517
	大阪支店	564-0062	吹田市垂水町1—28—6—501	(06) 6337—3432	(06) 6337—3482
	福岡支店	812-0015	福岡市博多区山王1—11—35	(092) 483—7333	(092) 483—7334
	札幌営業所	060-0063	札幌市中央区3条西12—325—2—305	(011) 271—3770	(011) 271—3760
	仙台営業所	984-0032	仙台市若林区荒井字堀添65—1	(022) 287—3771	(022) 287—3772
	甲信営業所	390-0872	松本市北深志3—9—6　2F	(0263) 38—0016	(0263) 38—0017
	北関東営業所	330-0843	さいたま市大宮区吉敷町2—44	(048) 650—8191	(048) 650—8192
	金沢出張所	920-0342	金沢市畝田町西2—91	(076) 266—8105	(076) 266—8108
	松山出張所	791-8055	松山市清住2—1100—6	(089) 911—6331	(089) 911—6332

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	広島営業所	731-0122	広島市安佐南区中筋２－３－４－101	(082) 830—5103	(082) 830—5104
デンカ生研株式会社	本社	103-0025	中央区日本橋茅場町３－４－２	(03) 3669—9091	(03) 3664—1005
	東京支店	103-0025	中央区日本橋茅場町３－４－２	(03) 3669—9093	(03) 3664—1023
	関東営業所	103-0025	中央区日本橋茅場町２－４－10	(03) 3662—2227	(03) 3662—2228
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西18－１－27	(011) 615—2866	(011) 615—2867
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町１－13－24	(022) 264—1138	(022) 268—6084
	新潟営業所	950-0965	新潟市中央区新光町17	(025) 285—8641	(025) 285—9872
	名古屋営業所	464-0026	名古屋市千種区井上町49－１	(052) 788—3981	(052) 788—3985
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島４－７－18	(06) 6307—7061	(06) 6307—7091
	福岡営業所	812-0012	福岡市博多区博多駅中央街８－20	(092) 414—7071	(092) 414—7073
東京貿易機械株式会社	本社	104-8510	中央区八丁堀２－13－８	(03) 3555—7353	(03) 3555—7367
	札幌営業所	060-0908	札幌市東区北８条東３－２－10　宮村ビル606	(011) 751—6472	(011) 751—6471
	仙台営業所	981-0911	仙台市青葉区台原２－10－２　アークヒルズ台原103	(022) 219—6551	(022) 219—6561
	テクニカルセンター	197-0823	あきる野市野辺569－６	(042) 532—8271	(042) 532—8234
	名古屋営業所	481-0038	北名古屋市徳重広畑57	(0568) 26—4471	(0568) 26—4472
	(10月移転予定)	452-0806	名古屋市西区五才美町59		
	大阪営業所	540-0038	大阪市中央区内淡路町１－４－８　中大江ビル303	(06) 4790—3235	(06) 4790—3236
	広島営業所	731-0137	広島市安佐南区山本２－３－13	(082) 850—2271	(082) 850—2272
	福岡営業所	813-6591	福岡市東区多の津１－14－1　FRCビル１F	(092) 623—1689	(092) 623—1789
東芝メディカルシステムズ株式会社	本社	324-8550	大田原市下石上1385	(0287) 26—6211	(0287) 26—6050
	東京本社	113-8456	文京区本郷３－26－５	(03) 3818—2061	(03) 3814—6170
	北海道支社	065-0042	札幌市東区本町２条２－３－６	(011) 785—3131	(011) 785—1104
	東北支社	989-3204	仙台市青葉区南吉成２－17－２	(022) 279—3510	(022) 279—5701
	関東支社	331-8701	さいたま市北区土呂町１－45－10	(048) 651—9211	(048) 651—8274
	首都圏支社	104-0031	中央区京橋１－19－８　大野ビル	(03) 3562—0212	(03) 3562—0256
	中部支社	450-0003	名古屋市中村区名駅南１－４－12　ガーデンビル	(052) 581—9310	(052) 582—7615
	関西支社	530-0054	大阪市北区南森町２－１－29　三井住友銀行南森町ビル	(06) 6362—3990	(06) 6365—6424
	中四国支社	730-0017	広島市中区鉄砲町８－18　広島日生みどりビル	(082) 511—8512	(082) 511—8523
	九州支社	816-0864	春日市須玖北２－８	(092) 575—2711	(092) 575—2705
東ソー株式会社	東京本社	105-8623	港区芝３－８－２	(03) 5427—5181	(03) 5427—5520

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町1—11—1	(022) 266—2341	(022) 267—5745
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦1—17—13	(052) 211—5730	(052) 211—5740
	大阪支店	530-0004	大阪市北区堂島浜1—2—6	(06) 6344—3857	(06) 6344—4186
	福岡支店	810-0001	福岡市中央区天神1—13—2	(092) 781—0481	(092) 751—7015
	山口営業所	746-8501	新南陽市開成町4560	(0834) 63—9888	(0834) 63—6627
	カスタマーサポートセンター	252-1123	綾瀬市早川2743—1	(0467) 76—5384	(0467) 79—2550
東洋器材科学株式会社	本社	335-0003	蕨市南町4—7—10	(048) 447—3381	(048) 431—4685
東洋紡績株式会社	本社	530-8230	大阪市北区堂島浜2—2—8	(06) 6348—3335	(06) 6348—3833
	支社	103-8530	中央区日本橋小網町17—9	(03) 3660—4849	(03) 3660—4951
日水製薬株式会社	本社	110-8736	台東区上野3—23—9	(03) 5846—5611	(03) 5846—5619
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西10—4	(011) 242—8566	(011) 242—8570
	仙台営業所	981-0933	仙台市青葉区柏木1—2—45　フォレスト仙台6F	(022) 717—3401	(022) 717—3410
	東京営業所	110-8736	台東区上野3—23—9	(03) 5846—5708	(03) 5846—5676
	名古屋営業所	460-0024	名古屋市中区正木4—8—7	(052) 682—2818	(052) 681—7536
	大阪営業所	541-0058	大阪市中央区南久宝寺町3—6—6　御堂筋センタービル9F	(06) 6253—1722	(06) 6253—1729
	広島営業所	730-0811	広島市中区中島町9—1	(082) 243—2235	(082) 241—4715
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多東2—5—37	(092) 475—7511	(092) 475—7666
ニットーボーメディカル株式会社	東京本社	102-0073	千代田区九段北4—1—28	(03) 3238—4541	(03) 3238—4591
	大阪支店	541-0043	大阪市中央区高麗橋4—3—10	(06) 6208—4957	(06) 6208—4976
	札幌営業所	003-0027	札幌市白石区本通り7—北1—33	(011) 866—7001	(011) 866—7012
	仙台営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町1—3—1	(022) 266—8956	(022) 266—8998
	名古屋営業所	460-0003	名古屋市中区錦1—17—13	(052) 231—5138	(052) 231—0158
	広島営業所	730-0029	広島市中区三川町2—11	(082) 241—8245	(082) 541—0711
	福岡営業所	812-0025	福岡市博多区店屋町8—30	(092) 281—1171	(092) 281—1161
ニップンテクノクラスタ株式会社	本社	169-0075	新宿区高田馬場1—30—5　千寿ビル4F	(03) 5287—6761	(03) 5287—6765
ニプロ株式会社	本社	531-8510	大阪市北区本庄西3—9—3	(06) 6373—3155	(06) 6374—0697
	札幌支店	060-0009	札幌市中央区北9条西19—35	(011) 631—7311	(011) 631—7314
	盛岡営業所	020-0034	盛岡市盛岡駅前通15—20　ニッセイ盛岡駅前ビル4F	(019) 654—0200	(019) 654—0211
	秋田営業所	010-0877	秋田市山王2—1—40　田口ビル5F	(018) 867—8180	(018) 867—8480
	仙台支店	980-0802	仙台市青葉区二日町14—15　アミグランデ二日町1F	(022) 268—7756	(022) 268—7743

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	福島営業所	963-8861	郡山市鶴見坦1－6－36　鶴見坦橋本地所ビル101	(024) 931—8999	(024) 922—7457
	新潟支店	950-0915	新潟市鐙西2－29－15　ピュアコートベル2F	(025) 248—7518	(025) 248—7506
	関東北支店	331-0815	さいたま市北区大成町4－421－2	(048) 666—3721	(048) 666—3772
	茨城営業所	310-0842	水戸市けやき台3－6－1　スカイヒルズ202号	(029) 304—1177	(029) 246—0068
	関東東支店	261-0023	千葉市美浜区中瀬1－7－1　住友ケミカルエンジニアリングセンタービル23F	(043) 351—8501	(043) 351—8502
	東京第一・第二支店	113-0033	文京区本郷4－3－4　ニプロビル2F	(03) 3818—0425	(03) 3818—0469
	横浜支店	221-0052	横浜市神奈川区栄町1－1　アーバンスクエア横浜11F	(045) 441—3222	(045) 441—3256
	西東京支店	190-0022	立川市錦町2－7－10　西野ビル1F	(042) 521—1471	(042) 521—1476
	長野営業所	390-0871	松本市桐3－2－45　山本ビル2F－1	(0263) 36—0522	(0263) 36—5212
	静岡支店	422-8051	静岡市駿河区中野新田305－1　東名第一ビル3F	(054) 283—6413	(054) 283—8794
	名古屋支店	465-0024	名古屋市名東区本郷2－91　高柳本郷ビル	(052) 777—1010	(052) 777—1015
	北陸営業所	921-8005	金沢市間明町2－273　中元ビル2F	(076) 292—0245	(076) 292—0216
	京都支店	606-8204	京都市左京区田中下柳町36	(075) 752—0820	(075) 752—0824
	阪奈支店	531-0072	大阪市北区豊崎3－3－13	(06) 6373—0555	(06) 6373—0385
	阪和支店	591-8023	堺市北区中百舌鳥町5－758　AKIBOビル6F	(072) 240—3296	(072) 257—8390
	神戸支店	650-0015	神戸市中央区多聞通4－1－3　ナカヤマビル7F	(078) 361—7585	(078) 361—7587
	岡山支店	700-0951	岡山市田中128－106	(086) 243—7591	(086) 244—0932
	広島支店	731-0135	広島市安佐南区長束3－45－3	(082) 238—8307	(082) 238—8631
	四国支店	761-8013	高松市香西東町304－1　新栄ビル	(087) 882—2828	(087) 882—7729
	福岡支店	816-0935	大野城市錦町2－2－12	(092) 574—3731	(092) 574—1748
	熊本支店	862-0913	熊本市尾ノ上1－12－3　ファインパレス尾ノ上103	(096) 331—7330	(096) 331—7335
	鹿児島支店	890-0046	鹿児島市西田2－28－9　アスカII 1F	(099) 258—2775	(099) 255—6303
日本ケミファ株式会社	本社	101-0032	千代田区岩本町2－2－3	(03) 3851—2974	(03) 3862—2645
	東日本地区	101-0032	千代田区岩本町2－2－3	〃	〃
	中部地区	460-0022	名古屋市中区金山5－15－9	(052) 882—5310	(052) 882—5323
	近畿地区	550-0002	大阪市西区江戸堀1－26－20	(06) 6448—1863	(06) 6448—1866
	中国・四国地区	730-0856	広島市中区河原町1－26	(082) 296—4825	(082) 296—4755
	九州地区	812-0018	福岡市博多区住吉3－1－80	(092) 272—4711	(092) 291—1929
日本光電工業株式会社	本社	161-8560	新宿区西落合1－31－4	(03) 5996—8000	(03) 5996—8085
	販社、営業所		全国10販社、120営業所		

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
日本電子株式会社	本社	196-8558	昭島市武蔵野3－1－2	(042) 543—1111	(042) 546—3353
	東京支店	190-0012	立川市曙町2－8－3　新鈴春ビル6F	(042) 528—3341	(042) 528—3488
	札幌支店	060-0809	札幌市北区北9条西3—19　ノルテプラザ5F	(011) 726—9680	(011) 717—7305
	仙台支店	980-0021	仙台市青葉区中央2－2－1　仙台三菱ビル6F	(022) 222—3324	(022) 265—0202
	筑波支店	305-0033	つくば市東新井18—1	(029) 856—3220	(029) 856—1639
	横浜支店	222-0033	横浜市港北区新横浜3－6－4　新横浜千歳観光ビル6F	(045) 474—2181	(045) 474—2180
	名古屋支店	450-0001	名古屋市中村区那古野1—47—1　名古屋国際センタービル14F	(052) 581—1406	(052) 581—2887
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島5—14—5　新大阪INビル11F	(06) 6304—3941	(06) 6304—7377
	関西応用研究センター	532-0011	大阪市淀川区西中島6—9—27　新大阪メイコービル1F	(06) 6305—0121	(06) 6305—0105
	広島支店	730-0015	広島市中区橋本町10—6　広島NSビル5F	(082) 221—2500	(082) 221—3611
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前2－1－1　福岡朝日ビル5F	(092) 411—2381	(092) 473—1649
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	東京本社	107-0052	港区赤坂4—15—1　赤坂ガーデンシティ	(0120) 8555—90	(024) 593—5761
	福島工場	960-2152	福島市土船字五反田1	(024) 594—1701	(024) 594—1688
	福島配送センター	960-2152	福島市土船字五反田1	(024) 593—2407	(024) 593—4934
	札幌事務所	060-0003	札幌市中央区北3条西2—10—2　札幌HSビル7F	(011) 272—1290	(011) 241—0968
	仙台事務所	980-0013	仙台市青葉区花京院1－1—20　花京院スクエア22F	(022) 266—3757	(022) 266—3760
	名古屋事務所	460-0002	名古屋市中区丸の内3—17—29　丸の内iaビル6F	(052) 951—6510	(052) 951—6530
	大阪事務所	564-0054	吹田市芳野町5—59	(06) 6378—6241	(06) 6378—6244
	広島事務所	730-0806	広島市中区西十日市町9－9　広電三井住友海上ビル7F	(082) 234—6341	(082) 234—6477
	福岡事務所	812-0024	福岡市博多区綱場町8—23　朝日生命福岡昭和通りビル3F	(092) 262—4461	(092) 262—4466
	BDバイオサイエンス本郷ラボラトリー	113-0033	文京区本郷2—38—16　本郷TSビル1F	(03) 5805—9960	(03) 5805—9955
	BDバイオサイエンス神戸ラボラトリー	650-0047	神戸市中央区港島南町2－2－2　先端医療センター研究棟1F	(078) 306—1981	(078) 306—1982
	東京サポートセンター	105-0014	港区芝2－3－3　芝二丁目大門ビル		
日本ポール株式会社	本社	141-0031	品川区西五反田1－5－1	(03) 3495—8319	(03) 3495—8301
日本ミリポア株式会社	本社	108-0073	港区三田1－4—28　三田国際ビル	(0120) 633—358	(03) 5442—9736
ニューコン株式会社	本社	116-0014	荒川区東日暮里5—41—12	(03) 3805—2590	(03) 3805—2685
ノバ・バイオメディカル株式会社		140-0013	品川区南大井6—26—2	(03) 5471—5461	(03) 5471—5474
バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社	本社	140-0002	品川区東品川2－2—24　天王洲セントラルタワー	(03) 6361—7070	(03) 5463—8481
	大阪営業所	532-0025	大阪市淀川区新北野1—14—11　大阪新北野第一生命ビル	(06) 6309—5860	(06) 6308—3064
バイオテック株式会社	本社	113-0034	文京区湯島2—29—4　古沢ビル	(03) 3816—6931	(03) 3818—4554

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	大阪営業所	533-0034	大阪市東淀川区東中島1－6－14　第2日大ビル1001号	(06) 6379—1555	(06) 6379—1565
浜松ホトニクス株式会社	本社事務所	430-8587	浜松市中区砂山町325－6　日本生命浜松駅前ビル	(053) 452—2141	(053) 456—7889
	電子管事業部（豊岡製作所）	438-0193	磐田市下神増314－5	(0539) 62—3151	(0539) 62—2205
	固体事業部	435-8558	浜松市東区市野町1126－1	(053) 434—3311	(053) 434—5184
	システム事業部	431-3196	浜松市東区常光町812	(053) 435—1560	(053) 435—7570
	中央研究所	434-8601	浜松市浜北区平口5000	(053) 586—7111	(053) 586—6180
	筑波研究所	300-2635	つくば市東光台5－9－2	(029) 847—5161	(029) 847—5266
	東京支店	105-0001	港区虎ノ門3－8－21　虎ノ門33森ビル5F	(03) 3436—0491	(03) 3433—6997
	大阪営業所	541-0052	大阪市中央区安土町2－3－13　大阪国際ビル10F	(06) 6271—0441	(06) 6271—0450
	仙台営業所	980-0011	仙台市青葉区上杉1－6－11　日本生命仙台勾当台ビル2F	(022) 267—0121	(022) 267—0135
	筑波営業所	300-2635	つくば市東光台5－9－4　筑波研究コンソーシアム2F	(029) 847—3821	(029) 847—8654
株式会社 日立ハイテクノロジーズ	本社	105-8717	港区西新橋1－24－14	(03) 3504—5841	(03) 3504—7754
	北海道支店	060-0807	札幌市北区北七条西1－1－2　SE山京ビル7F	(011) 707—3353	(011) 707—3410
	東北支店	980-0021	仙台市青葉区中央3－2－1　青葉通プラザ	(022) 264—3211	(022) 267—6453
	中部支店	460-0003	名古屋市中区錦2－13－19　瀧定ビル4F	(052) 219—1744	(052) 219—1866
	関西支店	532-0003	大阪市淀川区宮原3－3－31　上村ニッセイビル	(06) 4807—2571	(06) 4807—2559
	中国支店	730-0011	広島市中区基町11－13　第一生命ビル	(082) 221—4514	(082) 221—4513
	九州支店	812-0026	福岡市博多区上川端町12－20　ふくぎん博多ビル	(092) 778—3010	(092) 721—6301
フィンガルリンク株式会社	本社	130-0005	墨田区東駒形2－13－13	(03) 3625—6543	(03) 3625—6545
	札幌営業所	065-0024	札幌市東区北24条東2－4－10　丸源ビル2F	(011) 711—7813	(011) 711—7816
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島6－5－3　サムティフェイム新大阪2403	(06) 6889—5451	(06) 6889—5450
	東京情報開発センター	111-0041	台東区元浅草2－6－6　東京日産台東ビル904	(03) 5806—9883	(03) 3841—2956
	盛岡情報開発センター	020-0033	盛岡市盛岡駅前北通5－6　MDIビル	(019) 626—6543	(019) 626—6543
フクダ電子株式会社	本社	113-8483	文京区本郷3－39－4	(03) 5802—6600	
富士フイルムメディカル株式会社	本社	106-0031	港区西麻布2－26－30　富士フイルム西麻布ビル	(03) 6419—8000	(03) 5469—3510
	営業本部・POCT部	106-0031	港区西麻布2－26－30　富士フイルム西麻布ビル	(03) 6419—8035	(03) 5469—4190
	北海道営業所	001-0081	札幌市北区北18条西3－1－38	(011) 757—7777	(011) 728—2010
	東北営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町3－7－23　明治安田生命仙台一番町ビル	(022) 217—0035	(022) 217—0037
	東京営業所	106-0031	港区西麻布2－26－30　富士フイルム西麻布ビル	(03) 6419—8083	(03) 5469—3608
	埼玉営業所	330-0842	さいたま市大宮区浅間町2－240	(048) 645—6001	(048) 647—2560

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜２－８－11	(045) 471－7311	(045) 472－6321
	東海営業所	460-0008	名古屋市中区栄２－12－12　白川第２ビル別館	(052) 221－7871	(052) 203－4875
	大阪営業所	532-0004	大阪市淀川区西宮原１－３－５	(06) 6396－5102	(06) 6396－5103
	四国営業所	760-0050	高松市亀井町8－11　高松あおば生命ビル	(087) 834－8844	(087) 833－4694
	福岡営業所	812-0011	福岡市博多区博多駅前４－13－19	(092) 451－3151	(092) 474－2524
富士レビオ株式会社	本　　社	103-0007	中央区日本橋浜町２－62－５	(03) 5695－9210	(03) 5695－9234
	東京支店	103-0007	中央区日本橋浜町２－62－５	(03) 5695－0711	(03) 5695－0858
	首都圏支店	103-0007	中央区日本橋浜町２－62－５	(03) 5695－0711	(03) 5695－0858
	北海道支店	060-0908	札幌市東区北８条東３－２－10　宮村ビル	(011) 731－2500	(011) 731－2501
	東北支店	980-0811	仙台市青葉区一番町２－８－10　ニッセイ同和損保仙台ビル１F	(022) 264－4001	(022) 264－4008
	北関東支店	330-8545	さいたま市大宮区宮町２－81　大宮アネックスビル	(048) 643－0321	(048) 644－2724
	湾岸支店	222-0033	横浜市港北区新横浜３－18－14　住生新横浜第２ビル	(045) 478－3181	(045) 475－4104
	中部支店	465-0025	名古屋市名東区上社２－174	(052) 775－1081	(052) 775－1833
	大阪支店	532-0033	大阪市淀川区新高３－９－14　MMビル４F	(06) 6150－5520	(06) 6150－5530
	中四国支店	732-0052	広島市東区光町１－10－19　日本生命広島光町ビル	(082) 264－3366	(082) 263－7712
	九州支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東２－10－１　福岡ビルS館６F	(092) 472－5661	(092) 474－8555
扶桑薬品工業株式会社	本社事務所	536-8523	大阪市城東区森之宮２－３－11	(06) 6969－1131	(06) 6969－2341
	札幌支店	003-0005	札幌市白石区東札幌５条１－２－20	(011) 814－3811	(011) 814－3815
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町１－14－21	(022) 221－2656	(022) 262－2600
	東京第一支店	103-0023	中央区日本橋本町２－４－５	(03) 5203－7101	(03) 5203－7088
	名古屋支店	461-0001	名古屋市東区泉１－３－26	(052) 962－5001	(052) 971－6592
	大阪支店	541-0045	大阪市中央区道修町１－７－10	(06) 6203－5671	(06) 6231－6886
	岡山支店	700-0834	岡山市天瀬南町９－12	(086) 225－4505	(086) 225－2329
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町３－59	(082) 228－6591	(082) 228－6594
	福岡支店	812-0024	福岡市博多区綱場町８－23	(092) 271－0501	(092) 291－6739
	その他２支店				
古野電気株式会社	本　　社	662-8580	西宮市芦原町９-52	(0798)65－2111(代)	(0798)63－1020(代)
	INTセンター	662-0934	西宮市西宮浜２－20	(0798)33－7500(代)	(0798)33－7506(代)
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社	本　　社	271-0064	松戸市上本郷88	(047) 303－4800	(047) 303－4810
Precision System Science USA, Inc.	海外現地法人(USA)		6052 Industrial Way, Suite H, Livermore, CA94551, U.S.A.	+1-925-960-9180	+1-925-960-9184

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
Precision System Science Europe GmbH	海外現地法人 (German)		Spiesheimer Weg 32, D-55286 Woerrstadt, Germany	+49-0-6732-9388-0	+49-0-6732-9388-20
ベックマン・コールター株式会社	本社	135-0063	江東区有明2－5－7　TOC有明ウエストタワー	(03) 6745—4704	(03) 5530—2460
	大阪支店	565-0083	豊中市新千里西町1－1－8　第一火災千里中央ビル		
	札幌オフィス	003-0807	札幌市白石区菊水7条2－7－1　札幌流通倉庫東ビル		
	仙台オフィス	980-0803	仙台市青葉区国分町1－8－14　仙台協立第2ビル		
	名古屋オフィス	460-0003	名古屋市中区錦3－10—33　錦SISビル		
	広島オフィス	732-0052	広島市東区光町1－10—19　日本生命広島光町ビル		
	福岡オフィス	811-2205	糟屋郡志免町大字別府字柏木681－4　アクセス空港東		
Hellma (Asia Pacific) Pte Ltd			8 Boon Lay Way # 03-10 Trade Hub21 Singapore 609964	6896—6945	6896—6750
株式会社ヘレナ研究所	本社	330-0061	さいたま市浦和区常盤9－21—19	(048) 833—3208	(048) 833—3273
	大阪支社	540-0011	大阪市中央区農人橋2－1－31	(06) 6945—1070	(06) 6945—1055
株式会社堀場製作所	本社	601-8510	京都市南区吉祥院宮の東町2番地	(075) 313—5736	(075) 321—0752
	東京セールスオフィス	101-0031	千代田区東神田1－7－8　アルテビル東神田	(03) 3861—8389	(03) 3861—8259
	名古屋セールスオフィス	461-0004	名古屋市東区葵3－15—31　住友生命千種第2ビル	(052) 936—5781	(052) 936—5789
	九州セールスオフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東2－6－26　安川産業ビル6F	(092) 472—5041	(092) 474—5289
株式会社ミズホメディー	本社	841-0048	鳥栖市藤木町5－4	(0942) 85—0303	(0942) 85—0312
	東京営業所	111-0053	台東区浅草橋3－20—12　ニュー蔵前ビル5F	(03) 3861—7447	(03) 3861—7448
	名古屋営業所	464-0851	名古屋市千種区今池南29—24　川島第1ビル	(052) 733—5266	(052) 733—5422
	大阪営業所	553-0003	大阪市福島区福島5－3－7　エスティ西梅田ビル302	(06) 6458—5711	(06) 6458—5648
三菱化学メディエンス株式会社	本社	108-8559	港区芝浦4－2－8	(03) 6722—4000	(03) 6722—4011
	北海道支店	060-0042	札幌市中央区大通西7－1－1	(011) 271—6961	(011) 271—4870
	東北支店	982-0012	仙台市太白区長町南1－1—27	(022) 308—1869	(022) 249—6335
	東京支店	162-0812	新宿区西五軒町13—1	(03) 5206—1670	(03) 5206—1744
	関東支店	162-0812	新宿区西五軒町13—1	(03) 5206—1669	(03) 5206—1744
	中部支店	464-0850	名古屋市千種区今池5－1－5	(052) 735—5915	(052) 735—5925
	北陸支店	920-0025	金沢市駅西本町6－11—16	(076) 222—2321	(076) 222—2329
	関西支店	541-0044	大阪市中央区伏見町4－1－1	(06) 6204—8585	(06) 6204—8715
	中四国支店	730-0811	広島市中区中島町3－25	(082) 545—8595	(082) 545—8606
	九州支店	813-6591	福岡市東区多の津1－14—1	(092) 611—6611	(092) 611—6633
株式会社メディカルジャパン	本社	431-3102	浜松市東区豊西町515—2	(053) 489—6638	(053) 489—6639

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	工場所在地	431-3102	浜松市東区豊西町904－7	(053) 435—9881	(053) 435—9882
	サービス拠点		千葉・神奈川・静岡・大阪・神戸・福岡		
Medix Biochemica Oy Ab			Asematie 13 FIN-02700 Kauniamen Finland	+358-9-547-680	+358-9-505-3441
	錦商事㈱	103-0012	中央区日本橋堀留町1－2－10	(03) 3639—8721	(03) 3661—9594
ラジオメーター株式会社	本　　社	105-0003	港区西新橋3－16—11　愛宕イーストビル	(03) 5777—3500	(03) 5777—3501
	札幌営業所	001-0010	札幌市北区北10条西1－11　浦野ビル	(011) 746—3390	(011) 746—3395
	仙台営業所	980-0824	仙台市青葉区支倉町4－34　マルキンビル	(022) 268—3008	(022) 268—4540
	東京営業所	105-0003	港区西新橋3－16—11　愛宕イーストビル	(03) 5777—3555	(03) 5777—3556
	長野営業所	380-0917	長野市稲葉南俣2605－1　滝沢ビル	(026) 223—6855	(026) 223—6853
	金沢営業所	920-0025	金沢市駅西本町1－14—29　サン金沢ビル	(076) 231—4455	(076) 231—4499
	名古屋営業所	461-0004	名古屋市東区葵2－12－1　ナカノビル	(052) 934—2711	(052) 934—2714
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原3－5－36　新大阪MT2ビル	(06) 6350—2000	(06) 6350—2005
	広島営業所	732-0814	広島市南区段原南1－3－53　広島イーストビル	(082) 568—6355	(082) 261—2670
	高松営業所	760-0079	高松市松縄町506　シブヤビル松縄	(087) 815—1551	(087) 865—8448
	福岡営業所	814-0003	福岡市早良区城西1－8－36　西新町ファーストビル	(092) 822-2135	(092) 822—3180
	鹿児島営業所	892-0847	鹿児島市西千石町11—25　フコク生命高見馬場ビル	(099) 227—9383	(099) 227—9384
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社	本　　社	105-0014	港区芝2－6－1	(03) 5443—7041	(03) 5443—7114
	札幌支店	060-0031	札幌市中央区北1条東1－2－5　明治安田生命札幌北1条東ビル6F	(011) 251—1331	(011) 231—1603
	仙台支店	980-0822	仙台市青葉区立町27—21　仙台橋本ビル6F	(022) 224—6491	(022) 267—3877
	関東支店	105-0014	港区芝2－6－1	(03) 5730—9431	(03) 5730—9446
	東京支店	105-0014	港区芝2－6－1	(03) 5765—8081	(03) 5765—8082
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦2－4－3　錦パークビル13F	(052) 220—5741	(052) 220—5742
	大阪支店	560-0082	豊中市新千里東町1－5－3　千里朝日阪急ビル12F	(06) 4863—7621	(06) 4863—7625
	広島支店	730-0022	広島市中区銀山町3－1　ひろしまハイビル21	(082) 545—5120	(082) 545—5123
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前1－4－4　JPR博多ビル12F	(092) 461—1021	(092) 461—1025
和光純薬工業株式会社	本　　社	540-8605	大阪市中央区道修町3－1－2	(06) 6203—3747	(06) 6203—4640
	東京営業所	103-0023	中央区日本橋本町2－1－7　タケダ本町ビル2F	(03) 3270—9131	(03) 3241—5752
	北海道営業所	060-0001	札幌市中央区北1条西13—4　タケダ札幌ビル4F	(011) 271—0285	(011) 271—0835
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町2－9－5　コア本町ビル3F	(022) 222—3072	(022) 264—2228
	甲信越営業所	390-0833	松本市双葉10—22　双葉町ビルB棟3F　312号	(0263) 28—0335	(0263) 28—0388

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	東海営業所	465-0018	名古屋市名東区八前２―914	(052) 772―0788	(052) 775―9413
	中国営業所	735-0024	安芸郡府中町緑ヶ丘６―40	(082) 285―6381	(082) 286―2033
	九州営業所	813-0062	福岡市東区松島３―22―30	(092) 622―1005	(092) 621―9345
ワットマンジャパン株式会社	本　　社	169-0073	新宿区百人町3―25―1サンケンビルヂングGEヘルスケアバイオサイエンス㈱内	(03) 6864―1240	(03) 6864―1242

編集後記

2008年共催展示会の開催に当り，恒例の展示目録を作成しました。

今年も新しい展示会社が海外を含めて13社，出展してくれました。また，いくつかの展示希望会社にお断りするなど，昨年に引き続き展示スペースが目一杯となり，展示会場内の通路が若干狭くなりました。来年は隣りの展示スペースを借りる相談が出る程で，展示委員一同感謝しております。

今年から最終日は土曜日になりました。企業の方には何かと問題があるかと思いますが，病院勤務の検査技師の方々には展示を見る機会が増えるものと考えております。

今年も多くの見学者のご来場とご盛況を期待しております。(N. W.)

平成20年度JACLA展示委員会
小笠原　繁　(和光純薬工業)
川上　　彰　(日立ハイテクノロジーズ)
川中　士郎　(日本電子)
神吉　典和　(シスメックス)
冨田　修二　(栄研化学)
渡辺　楷　　(振興会)

2008日本臨床検査自動化学会・
日本臨床検査医学会　共催展示会

2008 EXHIBITORS' CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化振興会（JACLA）
〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-6
(ワイユウビル6F)
Tel. 03(5689)5910
Fax. 03(5689)5917
ホームページ：http://homepage3.nifty.com/jacla
印刷：壮光舎印刷株式会社
2008年10月9日印刷・発行
(非売品・禁複写)

JACLA

JSCLA http://www.jscla.com/
JSLM http://www.jslm.org
JACLA http://homepage3.nifty.com/jacla/