JSCLA

Japan Society for Clinical Laboratory Automation (JSCLA)

Japanese Society of Laboratory Medicine (JSLM)

2009 日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会

共催展示会【展示目録】

10/8(Thu.), 9(Fri.), 10(Sat.) YOKOHAMA CITY JAPAN

2009 EXHIBITION

EXHIBITORS' CATALOGUE

なんじゃもんじゃの木（学名：ヒトツバタゴ）

明治神宮外苑・絵画館前にある名木です。もくせい科に属する落葉樹で、5月初旬に白い清楚な花を咲かせ、満開時には雪を被った様に見えます。原産は中国福建省で、国内では長崎県対馬北端、岐阜県木曽川周辺、愛知県の一部に分布しています。

ご 挨 拶

この展示目録は2009年の日本臨床検査自動化学会･日本臨床検査医学会共催展示会に際して，今年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものです。自動化振興会の事業の1つである最新の臨床検査機器および検査試薬の情報がコンパクトにまとめられ，末尾には出展各社のプロフィールも掲載されています。

昨年は展示会入場者8300人と過去最高記録でした。また大会参加者も2400人とこれも過去最高でした。昨年の秋以降金融危機，世界大不況と暗い経済ニュースがつづきましたが，展示会への出展コマ数は例年とほぼ変わりなくやはり医療は不況の中にあっても“安定成長産業”であると心強く思います。

大会につきましては，大会長尾崎 由基男教授の下“臨床検査 新時代への展開：システムと匠の融合”をメインテーマに尾崎先生の情熱のこもった好企画が用意されています。

どうか大会，展示会ともに参加されて，新しい検査情報に触れ，また実際に新しい検査機器・試薬に触れてみて来年度の検査室の飛躍を図って下さい。

平成21年10月8日
日本臨床検査自動化学会会長
日本臨床検査自動化振興会理事長
中井　利昭

ご 挨 拶

本年度の日本臨床検査自動化学会および日本臨床検査医学会の共催展示に際しまして，日本臨床検査医学会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。

近年の臨床検査診断薬・機器の開発は，臨床検査の発展に大きな貢献をしてまいりました。機器の自動化に加え，汎用・迅速化が急速に進み，検体の自動搬送，そしてこれらの機器および検査データを包括管理するコンピューターシステムの導入，さらにはオンラインによる検査オーダー・結果の情報伝達など，臨床検査を取り巻く環境は大きく変化し，日常の診療業務の改善に大きく寄与してまいりました。また，救急現場およびベッドサイドでの導入が進んでいるPOCT機器の開発についても注目が集まっております。

日本臨床検査自動化学会の学術集会に併わせて開催されるこの展示では，これらのアップデートな情報が提供されてきており，例年，多数の臨床検査関連の方々が当展示会場を訪れております。昨今の厳しい医療環境の中，検査室では高い臨床的有用性を有し，精度，操作性，そして経済性にも優れた機器・システムの選択が求められております。この展示で得られる情報は，これからの検査室における機器選択・購入にお役にたつものと思います。

これまでは機器・試薬メーカーの出展数が年々増加し，発展をしてまいりましたが，未曾有の世界的経済不況，そしてわが国の政局の混迷の影響でしょうか，本年は展示数が減少しているとのことであります。今後の展開が少なからず危惧されるところでありますが，この展示が臨床検査の発展，ひいては国民の医療そして健康維持に向け，少しでも有益な情報を提供し続けられますよう願っております。

本目録は今年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものであります。それぞれの医療機関，検査室に合った機器の選択を検討されるために活用していただければ幸いです。

最後に本目録の作成，ならびに展示に関わる準備・設営にご尽力いただいた関係諸氏に深謝いたしたいと存じます。

平成21年10月8日
日本臨床検査医学会
理事長　宮澤　幸久

2009 日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会 共催展示会　展示目録

目　　次

あいさつ（日本臨床検査自動化学会 会長　中井利昭） …… 1

あいさつ（日本臨床検査医学会 理事長　宮澤幸久） …… 3

臨床化学分析機器 …… 7～15

1.電解質測定装置（電極法）／2.簡易分析装置／3.専用分析装置／4.多項目自動分析装置／
5.ドライケミストリー・システム／6.血液ガス分析装置／7.全自動電気泳動装置／8.電気泳動装置／
9.デンシトメータ装置／10.高速液体クロマトグラフィー装置／11.その他

核医学(RIA)機器 …… 17～18

12.ラジオイムノアッセイ装置

免疫血清検査機器 …… 18～23

13.酵素免疫測定装置／14.蛍光免疫測定装置／15.ネフェロメトリックイムノアッセイ装置／16.ラテックス凝集反応測定装置／17.レーザーネフェロメータ／18.免疫比濁測定装置／19.発光免疫測定装置／20.蛍光偏光装置／21.その他

血液検査機器 …… 25～32

22.多項目血球計数装置／23.血液凝固測定装置／24.血小板凝集測定装置／25.赤血球沈降速度自動測定装置／
26.血液標本自動作製装置／27.血液像自動分類装置／28.細胞分類装置／29.全自動輸血検査装置／30.その他

細菌検査機器 …… 33～36

31.微生物分類同定装置／32.感受性試験装置／33.血清培養検査装置／34.DNA・RNA 測定装置／
35.核酸抽出装置／36.その他

尿検査機器 …… 37〜39
37.浸透圧計／38.尿分析装置／39.尿沈渣分析装置／40.便潜血測定装置／41.その他

病理検査機器 …… 40〜40
42.自動組織細胞染色装置／43.画像処理装置／44.その他

生理機能検査機器 …… 41〜42
45.呼吸機能自動検査システム／46.超音波膀胱容量測定装置／47.超音波骨密度測定装置／48.その他

システム …… 43〜49
49.臨床検査システム／50.検体前処理システム／51.オートラベラー・バーコードプリンタ／52.分注装置／53.遠心分離器

その他の臨床検査機器 …… 51〜55
54.マイクロピペット／55.純水自動製造装置／56.洗浄器／57.廃棄物処理装置／58.その他

体外診断用医薬品 …… 57〜79

自動分析装置専用試薬 …… 81〜85

コントロール血清 …… 87〜101

展示会社・主要製品紹介 …… 103〜156

展示会社住所録 …… 157〜175

臨床化学分析機器

1. 電解質測定装置（電極法）Electrolyte Analyzer（by Ion Selective Electrode Method）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	標準方式	サンプラー	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	種類	外部／内部	有・無	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケムDコンセプト™D-02 SD-4810	22	4分/検体	Na, K, Cl		有	最大300	40.8×33×13.2	10		同一装置で生化学項目測定可
	スポットケム™EL SE-1520	〃	60	〃	外部	無	40	13.5×22.5×13.8	1.5		
エイアンドティー	EA 07	22	150	Na, K, Cl	内部	有	200以下	28×57.6×54.7	25		
シーメンス HCD	Rapidchem 744	55	1検体 35～60秒	3			50	37×18×32	7.3	1,980	カートリッジ式試薬/省スペース・コンパクト設計
	〃 754	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃	〃
常光	EX-Z	95	100	Na^+, K^+, Cl^-	内部	有	100/2	24×41×35	18		オートサンプラ付き
	〃 -D	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		透析モード付き
〃	Ex-Ca	300	57	Na^+, K^+, Ca^{++}, pH	〃	無	〃	30×30×37	13		〃
セントラル科学貿易	全自動電解質分析装置 EX-II	27	150	Na, K, Cl	内部	有	200	28×57.6×54.7	25	250	
テクノメディカ	STAX-3	110	120	Na, K, Cl, Hct	内部	有	100/3	26×40×38	17	330	
ロシュ・ダイアグノスティックス	電解質分析装置 Roche 9180 シリーズ	95	プリントアウト有45サンプル/h プリントアウト無60サンプル/h	Na, K, Cl, Ca, Li		無	100	31.5×29.5×33.5	6	120	Cl, Ca, Li 選択

2. 簡易分析装置（Analyzer for Simplified Operation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	種類		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	ラクテート・プロ™ LT-1710	5		1分/検体	乳酸	電極法	3Vリチウム電池×2	5.5×1.45×8.38	0.05		
	グルコカード マイダイア	2		15秒/検体	グルコース	〃	〃	4.8×1.7×8.6	0.055		
〃	〃 G+メーター	0.6		5.5秒/検体	〃	〃	〃	5.3×1.8×8.8	0.05		
アボット ジャパン	プレシジョン PC_x	1.5		1テスト/20秒	血糖	電極法	単3アルカリ電池	19.7×7.5×5.1	0.28		データ管理機能，オンライン機能を装備
	エクシード	0.6		〃 5秒	〃	〃	ボタン電池	7.4×5.3×1.6	0.04	1.45	ケトン体測定も可能，記憶容量450テスト

ウイスマー研究所	FRAS 4	10									
エル・エム・エス	ニコカード CRP／HbA_{1c}	5			CRP/HbA_{1c}	固相免疫測定法		20×17×3	0.5		
	アフィニオン CRP/HbA_{1c}	1.5			〃		40	17×32×17	5		
積水メディカル	ラピッドピア	120		4	BNP	イムノクロマト	7.2	20×28×10	1.4	50	全血測定可能。前処理不用
東洋紡績	ニコカード CRP	25						20×17×7	0.5	22.8	
	〃 HbA_{1c}	5						〃	〃	〃	
〃	アフィニオン	1.5			CRP HbA_{1c}			17×32×17	5		
ノバ・バイオメディカル	スタットストリップ エクスプレス	1.2		6秒/検体	グルコース	電極法	3Vリチウム電池×1	9.1×5.8×2.3	0.075	1.5	干渉物質の影響を排除できる
	〃 コネクティビティ	〃		〃	〃	〃	充電式リチウム電池			25	〃 通信機能を持っている

3. 専用分析装置（Special-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μL	試薬使用量 μL／検体	処理能力 検体／h	測定項目 種類	測定法	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	アダムス™グルコース GA-1152	24		150	グルコース	GOD 過酸化水素電極法	160	41.2×40.7×41	20.5		
	〃 GA-1170	30		156	〃	〃	180	53×45×53	35		
エイアンドティー	GA 05	30/5 自動切換	1800	160～200	グルコース	GOD 固定化酵素電極	200 以下	28×57.6×54.7	25		
	〃 08 II	〃	〃	〃	〃	〃	〃	55×48.3×48.3	48		
協和メデックス	DM-JACK	1～10	R 1：～250 R 2：～150	180	HbA_{1c}・GLU 1,5 AG・GA	ラテックス免疫法 酵素法	300	42×46×42.5	25		
	〃 -Upgrad	〃	〃	〃	〃	〃	600	42.3×46.4×52.0	32.3		
〃	〃 -JACK II	〃	〃	〃	〃	〃	〃	20×70×106.5	100		
	〃 -JACK EX	専用試薬パラメーター		300	〃	〃	800	50×59×57	65		
三和化学研究所	A_{1C} GEARS	1		6分/1テスト	HbA_{1C}		120	23×27×27	約 10		メンテナンス不要，国際標準化に対応
シーメンス HCD	DCA バンテージ	1		6分/テスト 7分/テスト	HbA_{1c} 尿中微量アルブミン，クレアチニン	ラテックス凝集阻止反応	100	28.7×27.7×25.4	3.88	38.0	アルブミン指数を自動計算
堀場製作所	アントセンスⅢ	5～50		45秒/1テスト	GLU	酵素電極法		20×18×6.5	0.8		グルコース専用 POCT 機器
	〃 ロゼ	6		20秒/テスト	〃	〃		8.4×21.6×6.5	0.5		〃

4. 多項目自動分析装置（Automatic Multi-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	ビトロス 5.1 FS	5～11		750～845	66	200/20	234×84×133	640	3,900	
	〃 5600	〃		750～1034	100	〃	279.4×91.4×182.7	1,000	7,600	
関東化学	ビオリス 12 i	2～25	20～200	90(100)	15(18)	100/3	52×60.5×43.5	55		( )内は ISE をつけた場合
シーメンス HCD	ディメンション RxL Max	2-60		800	47	100/20	159×81×112	366	3,500	
	〃 Xpand Plus	〃		437	〃	〃	129×79×114	348	2,600	
〃	血中薬物自動分析装置 Viva-E システム	1～30	0～400	133	13	ハロゲンランプ12V-20W ターリングユニット3箱	115×56×49	85	824	
	ディメンションビスタ 1500	1-40		1500	最大 166	200/30	215×112×141	900	8,000	
〃	〃 3000 T	〃		3000	〃 332	(200/30)×2	422×146×141	1,810	16,000	
	ディメンション EXL LM	2-60		624	47	100/20	208×104×124	496	5,400	
積水メディカル	日立クリニカルアナライザー S 40	5～15	50～210	4 検体(1 検体当たり 5 項目依頼)	40	100/2	54×60×45	30	190	液状試薬タイプ。メタボ関連検査に対応
	〃 M 40	〃	〃	8 検体(〃)	〃	〃	〃	〃	290	〃
東京貿易機械	ビオリス 24*i*（プレステージ 24 *i*）	3～30	20～330	240	24(36)	100/6	80×64×52	95		
	ビオリス 12 *i*	2～20	20～200	90	15	100/3	52×60.5×43.5	55		
〃	〃 24 *i* プレミアム	1.5～20.0	20～240	240	36(24)	100/6	80×67×52	95		
東芝メディカルシステムズ	TBA™-120FR	1.5～35	80～	比色 800 電解質 600	100	200/15	160×87.5×122	570		
	Accute™	2～25	120～	比色 400 電解質 600	35	100/15	103×79×105	320		
〃	TBA™-c16000	1.5～35	80～	比色 1600 電解質 600	206	200/15	201×125×122	680		
	〃 -c8000	〃	〃	比色 800 電解質 600	〃	〃	〃	650		
東洋紡績	TYB-9	2～35	20～350	180	20 (ISE 付 23)	450 以下	62×55.5×57	65		
	〃 -18	〃	20～400	450	40 (ISE 付 43)	700 以下	97×69×58.2	135		
〃	〃 -40	〃	20～350	560	60 (ISE 付 63)	900 以下	77×62×50.5	150		
日本電子	JCA-BM 6070 Bio Majesty	2～30（0.1 μL ステップ）	10～80（0.1 μL ステップ）	2,400 テスト/h (ISE 付)	最大 103 (ISE 付)	最大 3 K	分析部(操作部含む) 170×88×142	700	5,660	・検体前希釈方式(1～5,625 倍) ・最終反応液量：60μL
	JCA-BM 6050 〃	1～30（0.1 μL ステップ）	5～70（0.1 μL ステップ）	1,800 〃 (〃)	〃	〃	分析部：148×92×113 操作部：74×73×148	600	4,960	・検体前希釈方式(1～5,625 倍) ・最終反応液量：50μL

〃	JCA-BM 6010 〃	1～25（0.1 μL ステップ）	5～300（0.1 μL ステップ）	1,200 〃 （ 〃 ）	〃	最大 2.6 K	分析部：122×85×111 操作部：70×70×148	450	3,870	HbA_{1c}測定オプション
	JCA-BM 9130 〃	1.48(HbA_{1c}のみ) 2～30(0.1μLステップ)	5 ～ 70（0.1 μL ステップ）	1,800 〃 （ 〃 ）	〃	最大 3 K	分析部：148×92×113 操作部：74×73×148	600	5,380	血球成分(HbA_{1c}) 血漿成分(Glu)の同時測定
〃	JCA-BM 8060	2～30（0.1 μL ステップ）	5～70（0.1 μL ステップ）	生化学:最大7,200テスト/h ISE:最大1,800テスト/h	最大 203 （ 〃 ）	200/60	分析部：590×135×126 操作部：74×73×148	2,735	17,500	・検体前希釈方式(1～5,625倍) ・最終反応液量：50μL
	〃 8040	〃	〃	生化学:最大4,800テスト/h ISE:最大1,800テスト/h	〃 （ 〃 ）	200/40	分析部：452×135×126 操作部：74×73×148	2,005	12,200	〃
〃	〃 8030	〃	〃	生化学:最大3,600テスト/h ISE:最大1,800テスト/h	〃 （ 〃 ）	200/35	分析部：383×135×126 操作部：74×73×148	1,655	10,500	〃
	〃 8020	〃	〃	生化学:最大2,400テスト/h ISE:最大1,800テスト/h	〃 （ 〃 ）	200/25	分析部：314×135×126 操作部：74×73×148	1,275	7,500	〃
日立ハイテクノロジーズ	7700	Dモジュール2～20 Pモジュール1.5～35	120～300	構成により異なる (最大800～8000テスト/h)	構成により異なる(16～46) (ISE付19～89)	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		オプション：増設用Eモジュール(免疫項目測定)(販売元ロシュ・ダイアグノスティックス㈱)
	7180	1.5～35	〃	最大 800 テスト/h	86 (ISE 付 89)	100/30	分析部：145×800×123 (分析部のみ)	約 400 (分析部のみ)		
〃	7020	2～35	180～500	最大 200 〃	36 (ISE 付 39)	100/15	72×72×108.5	約 190		
	9000	1.5～35	100～250	最大 1,000 〃	最大 63 (ISE 含む)	100/30	188×104×130 (分析部のみ)	約 460 (分析部のみ)		
〃	LABOSPECT 003	〃	〃	最大 320 〃	〃 42 (ISE 付 45)	100/20	132.5×85.9×126	約 270		
	〃 008	1.5～35	〃	構成により異なる (最大2,000～8,000テスト/h)	構成により異なる(70～117) (ISE付73-120)	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		
古　野　電　気	CA-90	2～35	20～350	156	20 (ISE 付 23)	450 以下	62×55.5×57	65	お問合せください	移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置
	〃 -180	〃	20～400	450	40 (ISE 付 43)	700 以下	77×62×50.5	135	〃	〃
〃	〃 -400	〃	20～350	560	60 (ISE 付 63)	900 以下	97×69×58.2	150	〃	〃
	〃 -400 plus	〃	〃	460	〃	〃	〃	〃	〃	〃
ベックマン・コールター	ユニセル DxC 600 PRO	2～40	200～330	990	65	1.81 K	157.5×104.1×157.5	713.5		メンテナンスフリー試薬/検体バーコード対応
	〃 800 PRO	〃	〃	1,440	70	1.89 K	177.8×104.1×157.5	782.4		緊急モジュールで 11 項目を約 2 分 30 秒で報告
ベックマン・コールター・バイオメディカル	AU5431	2～50	15～250	6600 テスト/h	98	200/60	507×114×126	1,740		オプション ISE 仕様
	〃 5421	〃	〃	5000 〃	〃	200/50	376×114×126	1,300		〃
〃	AU2700	1.6～25	120～430	2134 〃	51	100/60	200×114×126	700		〃
	〃 680	1～25	10～250	1200 〃	63	200/19	192×104×128	590		〃
〃	〃 480	〃	〃	400 〃	〃	200/17.5	145×77×121	450		〃
ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス〈P〉	2～35	20～270	800	44	4 K	245×110×108	850		
	〃 〈D〉	2～20	〃	2,400	16	〃	245×110×169	1,000		
〃	〃 〈PP〉	2～35	〃	1,600	86	6 K	365×110×108	1,250		
	〃 〈DP〉	〃	〃	3,200	60	〃	365×110×169	1,400		
〃	〃 〈PPP〉	〃	〃	2,400	86	8 K	485×110×108	1,650		
	コバス 6000〈501〉	1.5～35	5～180	600	63	4.6 K	188×104×130	約 510	3,900	

5. ドライケミストリー・システム（Dry Chemistry System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	種類	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケムDコンセプト™D-02 SD-4810	生化学：6 電解質：22	3(15項目同時測定時)	生化学22, 電解質	最大300	40.8×33×13.2	10		
	〃 D-03 SD-4820	6	〃	生化学22	〃	40.8×33×16	11		小型遠心分離機を内蔵
〃	スポットケム™EZ SP-4430	4～6	63	〃	80～100	33.8×20.3×16.7	5.4		〃
	ポケットケム™BA PA-4140	20	200秒/検体	血中アンモニア	単三電池×2	12.5×8.7×3.1	0.23		
オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	ビトロス350	5～11	250	48	100/12	115×71×120	272	2,250	
	〃 5.1FS	〃	750～845	66	200/20	234×84×133	640	3,900	
〃	〃 5600	〃	750～1,034	100	〃	279.4×91.4×182.7	1,000	7,600	
セントラル科学貿易	Piccolo xpress ピッコロ エクスプレ	100		28	100/2	15.3×32.4×20.3	5.1	250	専用ローター使用
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 800	50	1min/検体	3	100/0.2	19×26.5×11	2.5	95	電解質専用
	〃 100タイプN	10	2 〃	1	〃	〃	2	37	アンモニア専用
〃	〃 7000シリーズ	比色10 電解質50	比色電解質混合で190テスト/h	30	100/3	54×42×45	40	420～490	7000・i・s 3タイプ
	〃 4000シリーズ	〃	比色・電解質混合で77テスト/h	〃	100/2	41.5×39×290 (PF付きはD47)	22	270～340	4000・i・s 3タイプ
和光純薬工業	富士ドライケム 800	50	1テスト/分	3	100/0.2	19×26.5×11	2.5	95	電解質専用
	〃 100タイプN	10	30テスト/h	1	〃	19×26.5×12	2.0	37	アンモニア専用
〃	〃 4000シリーズ	比色6～10 電解質50	77 〃	30	100/2	41.5×39×29 (PF付きはD=47)	23	340～270	4000・i・s 3タイプ
	〃 7000シリーズ	〃	190 〃	〃	100/3	54×42×45	40	490～420	7000・i・s 3タイプ

6. 血液ガス分析装置（Instrument for Blood Gas Measurement）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™SG SG-1220	70	40	電極法	8	200	20×23×33	7.2		
アイ・エル・ジャパン	GEMプレミア3000	135～150	20		9	100/1	30.5×30.7×43.2	13.4	380	一体型カートリッジ
	〃 3500	〃	〃		〃	100/1.5	30.0×30.0×44.5	14.2		〃

〃	〃 4000	65～150	〃		15	100/3	30.5×38.1×45.5	20.0	900	〃
シーメンス HCD	ラピッドラボ 1265	95～200	1検体 60秒以内	電極法，吸光度測定法	15	150	53.5×58.5×61	29.5	1,550	カートリッジ式試薬，省メンテナンス電極，バイオセーフサンプリング，タッチパネル
	〃 1260	95～150	〃	〃	10	400	52×54×58	〃	1,350	〃
〃	〃 1245	35～150	〃	〃	9	〃	〃	〃	1,150	〃
	〃 1240	35～100	〃	〃	4	〃	〃	〃	950	〃
〃	Rapidpoint 400	100～200	〃	〃	9	150	55×30×42	15.5	600	電極，試薬一体型カートリッジ
	〃 405	〃	〃	〃	14	〃	〃	〃	800	〃 CO オキシメーター付
〃	ラピッドラボ 348	40～95	1検体 45～90 秒	〃	7	80	38×38×37	13	700	ポンペ内蔵，透析液測定モード付
	〃 248	60～85	〃 45～120 秒	〃	3	〃	38×32×37	9	500	小型，計量，静音設計
シスメックス	OPTI CCA TS	最少 125	120 秒以下	蛍光測定 光吸収，反射率	9	110 以下	36.2×23×12	5.5		
常光	アーマ 2000	180	60	ディスポカートリッジ	20	充電式バッテリー	24×29×13	2.4		ポータブル型ガス 製造販売業者：平和物産(株)
テクノメディカ	GASTAT-600	100	30	電極法	4	100/1.5	36.6×47.1×48.7	15	300	pH，pCO_2，pO_2，Hct
	〃 -601	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	400	〃 （パソコン内蔵）
〃	〃 -602 i	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃	600	pH，pCO_2，pO_2，Hct，Na，K，Cl，Ca
	〃 -603 ie	〃	〃	〃	10	〃	〃	〃	800	pH，pCO_2，pO_2，Hct，Na，K，Cl，Ca，Glc，Lac
〃	〃 -604 ox	130	20	〃	13	〃	〃	〃	900	pH，pCO_2，pO_2，Na，K，Cl，Ca，tHb，FO_2Hb，FHHb，FCOHb，FMetHb，sO_2
	〃 mini	50	15	センサーカード式	6	100/1	23×10×7	1.2	150	携帯型でプリンター内蔵
ノバ・バイオメディカル	SP-CCX	60～210	23～38	電極法	19	400	56.7×43.7×43.8	27.3	1,380	
	〃 -pHOx＋	50～110	50	〃	11	200	38×38×30	8.2	680	
扶桑薬品工業	アイ・スタット 1	40～100	20		12	9Vリチウム電池専用充電地	7.6×23.6×5.8	0.575～0.590	180	専用カートリッジ使用により 1～8 項目同時測定
フィンガルリンク	EPOC システム	100	1検体 30 秒	スマートカード	12	50	Reader：22×9×5，Host：13×8×2	0.5 0.2		テストカードは室温保温
ラジオメーター	ABL 800 FLEX システム	35～195	21	電極法	18	250	70×53×55	33.9		
	〃 5	35～85	30	〃	3	60	34×20×39	8.6		
〃	ABL 80 FLEX システム	105		〃	15	130	22×28×40	8.5		

ロシュ・ダイアグノスティックス	血液ガス，電解質分析装置 コバスb121	68	30	電極式	10		35.4×41×46.7	約17		
	コバスb221	112～210	27～31	〃	11		51.2×58.7×54.9	約48		

7. 全自動電気泳動装置（Full-Automatic Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
常光	CTE-880	25	65	セレカーVSP シーメルJ	〃	92×77×150	250		80,000検体メモリ
	〃 -2800	〃	100	〃	〃	〃	〃		〃
〃	〃 -9800	〃	266	〃	〃	117×86.7×150	〃		〃
フィンガルリンク	Capillarys 2	20～40	80	キャピラリー電気泳動法	300	95×63×39	50	1,050	TTFR：12分
	minicap	〃	28	〃	〃	43×57×41	30	485	TTFR：最初の検体結果が出てくるまでの時間
ベックマン・コールター・バイオメディカル	AES320	25～50	60		100/10	98×67×148	220		
	〃 630	〃	165		100/20	140×70×150	280		サンプリングステーション付有
ヘレナ研究所	エパライザ2	30	30～80	クィックジェル	100/6	80×65.5×55.5	70		アイソザイム，脂質，蛋白分画が全自動，バッファー用意不要
	REP	50	60～90	REP用ジェル	100/20	91×75×147	170		高電圧で泳動可能
〃	SPIFE 3000	15	6	SPIFE用ジェル	100/15	85×58×30	35		IFE(免疫固定法)専用機器

8. 電気泳動装置（Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
常光	電子冷却ECP-10			寒天アガロース	100/2	31×41×20	15	35	
フィンガルリンク	Hydrasys 2			アガロース膜電気泳動	300/1000	76×48×21	35	390	蛋白分画(血清・尿)，免疫固定法(IFE)，各種アイソザイム，脂質，CSFなど多用途電気泳動装置

9. デンシトメータ装置（Densitometer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	OD測定範囲	記録方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	数値	感熱他	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ヘレナ研究所	EDC			0～4.0	PC経由印刷	100/6	80×76.2×142	108		可視光・蛍光の測定が可能PC接続による多機能デンシトメーター
	クィックスキャン			0～2.1	〃	100/2	52×55×18	15		可視光測定用デンシトメーター

10. 高速液体クロマトグラフィー装置（Instrument for High Performance Liquid Chromatography）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	アダムス™A1c HA-8180	14	75	300	53×53×53	42		
栄研化学	HLC-723G8	3	60	700	53×52×48	34	610	東ソー社製
東ソー	自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G8	3	60	180	53×52×48(90 SL時)	34(90 SL時)		
	全自動カテコールアミン分析計 〃 -725CA II		3	500	68×60×78*	90*		*分析部のみ
日本電子	JLC-500 Amino Tac	1～200	加水：18分 生体：60分	1.2 K	95×75×90	250	1,800	アミノ酸自動分析機
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	variant II Turbo システム	5	37	330	62×60×46(VSS) 28×41×53(VCS)	96.0		VSS：サンプリングステーション VCS：クロマトグラムステーション

11. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	オートチューブ丸底	オートチューブ丸底は，自動化学会推奨サイズ(13φ75mm)の試験管で，バーコードを貼りやすい設計になっております．					
	オートチューブ・スピッツ	オートチューブ・スピッツは，丸底タイプと同様の仕様で，少量検体にも対応出来るようにスピッツタイプになっております．					
アロカ	ルミネッセンスリーダ AccuFLEX Lumi400	生物化学発光測定装置(活性酸素，ATP，白血球貪食能・抗酸化能などの測定)	約100	本体約26×36×25 分注ユニット約16×20×20	約10 約4.3	168	
東京貿易機械	ダイヤフラムポンプ TSDP-5,10,20	気液混合流体の吸引に最適					特注可能
	プランジャーポンプ TSMP-50～1000	小型・軽量，高精度・高確度，高耐久性					〃

核医学(RIA)機器
免疫血清検査機器

12. ラジオイムノアッセイ装置（Instrument for Radio Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アロカ	オートウェルガンマシステム AccuFLEXγ 7000 シリーズ					7001：350 7010：450	7001 約 99×98×142 7010 約 133×98×142	7001：約550 7010：約480	1,100～1,300	
セントラル科学貿易	オートマチックガンマーカウンター 4/200	RIA 各種				約 200	60×56×52	114	500～	
	〃 10/600	〃				約 300	102×60×80	140	780～	10 本検出器

13. 酵素免疫測定装置（Instrument for Enzyme Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™バイダス SV-5020	43	項目により異なる	最大 36	プレパック方式	180	57.5×55×45	40		
エイアンドティー	全自動化学発光免疫測定装置 MI 02	心疾患マーカー他	5～100	最大 400 テスト/h	5～100	1.2 K	120×70×130	350		
栄研化学	AIA-2000	41	10～125	200	パック	700	150×90.7×126	400	2,480	東ソー社製
	〃 -600 II	〃	10～100	60	〃	200	81×74×51	70	980	〃
〃	〃 -360	38	〃	36	〃	250	40×40×52	29	360	〃
協和メデックス	AP-960	EIA プレート搭載項目	10～200	項目で変動	10～200	100/15	92×76×65	150	1,600	
	AP-96	〃	〃	〃	〃	100/6	59×63×52	80	1,200	
〃	AP-X	〃	〃	マイクロプレート 6 枚	〃	100/15	130×80×148	360	2,200	
シーメンス HCD	ベーリング ELISA プロセッサーIII		項目による	項目による	項目による	分析部 450	115×58×60	136	1,980	最大 10 プレート測定
シスメックス・ビオメリュー	バイダス	感染症，ホルモン，心筋マーカー，他	項目により異なる	最大 90	プレパック方式	100/10	105×53×44	65	1,500	日常のメンテナンス不要
	ミニバイダス		〃	最大 36	〃	100/1.5	55×57.5×45	40	480	〃
東ソー	自動エンザイムイムノアッセイ装置 AIA-360	39	10～100	36	パック	250	40×40×52	29		
	〃 -600 II	〃	42	〃	60	〃	〃	81×62×51	72	

〃	全自動エンザイムイムノアッセイ装置 〃 -2000ST	〃	〃	200	〃	700	150×91×126	400		
	〃 -2000LA 〃	〃	〃	〃	〃	〃	150×120×126	〃		
日水製薬	AIA-600 II	40	10～100	60		200	81×74×51	70	980	
	〃 -2000 ST	〃	10～125	200		700	150×91×126	400	2,480	
〃	〃 -2000 LA	〃	〃	〃		〃	150×120×126	〃	2,680	
	〃 -360	38	〃	36		250	40×40×52	29	360	
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	全自動マイクロプレート EIA 分析装置 Evolis		項目による	項目による	項目による	500	113×76×95	95	1.500	検体分注から測光まで全工程を自動化
	〃 EIA 装置 PhD システム		〃	〃	〃	200	71×56×71	35	900	検体 1 μL から分注
ファディア	ユニキャップ 250	非特異 IgE 特異 IgE	40	60		max 1.2 K	127×75×165	350	1,500	アレルギー検査，自己抗体検査，併用可能
		自己抗体	90	〃						
〃	ユニキャップ 100	非特異 IgE 特異 IgE	40	48 T/約 2.5		550	68×60×44	46	230	アレルギー検査，自己抗体検査，併用可能
		自己抗体	9 or 20	〃						

14. 蛍光免疫測定装置（Instrument for Fluorescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	IMX アナライザー	25	150	15～40 分		700	70×63×36	43		
	AxSYM アナライザー	36 以上	83～275	80～120		1.8K	160×85×155	275	1,580	
カイノス	Immuno Cube	27	5～80	100	50～200	700	73×68×73	115	950	専用試薬 バーコード対応
	全自動 ELISA システム「MAGO Plus」	9	200	項目による	25～250	805	120×66×70	90		全自動 ELISA 分析装置
シーメンス HCD	ストラタス CS	4	70～90	3		400	69×56×46	64	700	心筋障害マーカー測定専用機
シスメックス	HISCL-2000 *i*	12	10～30	180		2K	110×100×136	353		
日水製薬	エバネット EV20	22	8～150	18		200	52×47×26	28	350	
フクダ電子	移動式免疫蛍光分析装置 シオノスポットリーダー	BNP					27×25×15	約 2.1	98	
三菱化学メディエンス	LPIA-A700	42	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		

和光純薬工業	全自動蛍光免疫測定装置 ミュータスワコー *i*30	AFP-L3%, AFP,PIVKAII (MAX 6項目)		25		100/4	52.0×59.5×54.6	71		マイクロチップを用いたLBA-EATA法 (新規測定システム)迅速・微量・高感度測定

15. ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（Instrument for Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン・コールター	IMMAGE 800	36	3～8	180	21	〃	110.5×64.8×76.2	123		

16. ラテックス凝集反応測定装置（Instrument for Latex Agglutination）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケムDコンセプト™D-01 SD-3810	CRP, RF, 尿中 Alb・Cre(A/C)	50	約6(1検体 測定時)	プレパック 方式	最大300	40.8×33×13.2	8		
	スポットケム™IM SI-3511	CRP, ASO, CysC	〃	4～6(1検体 測定時)	〃	100	33×22.4×18.5	6		
ウシオ電機	Banalyst Ace ABM-001	CRP	4	8	20	100/3.15	34×29×27	9.5		
		hsCRP	10	〃	〃	〃	〃	〃		
シスメックス	免疫凝集測定装置 PAMIA-40i	18	10	70テスト/h		480以下	76.5×56.6×58.2	68		
日本光電工業	CRP-3100	CRP	5	12	1 cell	70	13.5×29.0×37.0	7.5	140	全血全自動型 0.2～33 mg/d*L*
三菱化学メディエンス	LPIA -S500	39	3～50	150	20～300	1K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		
	〃 -A700	42	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
〃	〃 -NV7	47	2～35	200	〃	1K	本体：71×72×50 Uボックス：23×45×38	150		
	STACIA	41		270		3K	161×100×150	670		

17. レーザーネフェロメータ（LN）（Instrument for Laser Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	テスト／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
シーメンス HCD	ベーリングネフェロメータII	血漿蛋白	10～100	225	40	450	124×63×72	160	2,500	
	BNプロスペック	〃	〃	70	〃	〃	107×63×60	115	950	

18. 免疫比濁測定装置（Instrument for Turbidimetric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	テスト／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
三菱化学メディエンス	LPIA -S500	39	3～50	150	20～300	1K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		
	〃 -A700	42	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
〃	〃 -NV7	47	2～35	200	〃	1K	本体：71×72×50 Uボックス：23×45×38	150		

19. 発光免疫測定装置（Instrument for Luminescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	ARCHITECT *i*2000	36以上	4～150	最大200		4.7K(最大)	173×112×122	522	2,980	
	〃 *i*2000SR	〃	〃	〃		3.0K(最大)	155×125×122	490	3,500	
〃	〃 *i*1000SR									
オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	ビトロス ECiQ	34	10～80	90テスト/h		200/6 100/12	112×74×130	366	2,145	
	〃 3600	〃	〃	189テスト/h		200/20	212.0×88.7×173.8	720	3,600	
カイノス	MM-300形ルミノメーター(MM-300)	33	200 or 750	640	1,300	80	32×33×21	14	166.5	マストイムノシステムズII-S専用測定装置
	HISCL-2000i	12	10～30	180		2000	110.0×100.5×135.5	353	2,100	
協和メデックス	ADVIA Centaur	30	10～200	240	50～450	220/15	184×105×131	545	3,220	
	〃 CP	15		180			107×74×81	166	2,000	
〃	AP-96 C	2	10～200	96穴マイクロプレート1枚	10～200	100/6	63×74×52	90	1,200	
	CL-JACK	6		160		500	83×68×54	100		
シーメンス HCD	ACS：Centaur XP	30	10～200	240	50～450	2K	184×105×134	545	3,500	360度ステータスライト，ディスポチップ
	ADVIA Centaur CP	25	〃	180	〃	880	107×74×81	166	2,000	180検体/時の処理能力，省スペースベンチトップ型
〃	イムライズ2000	最大24	5～100	200	項目により異なる	200/6	152×76×119	403.7	2,500	
	スフィアライト180	30	10～90	180テスト/h		100/15	125×75×69	230	1,600	
フクダ電子	免疫発光測定装置 パスファースト	BNP，ミオグロビン トロポニンI，CK-MB				360	37.5×57×51	約33	390	

富士レビオ	ルミパルスf(フォルテ)	49	10～150	120	項目により異なる	2.0K	125×80×150	400	1,950	
	〃 Presto II	42	10～100	240	〃	3.5K	150×82×137	650	2,980	
〃	〃 S	44	10～150	60	〃	330	95×70×60	約80	980	
	〃 G 1200	42	〃	120	〃	1.7K	120×80×133	330	2,050	
ベックマン・コールター	Access 2	46		100		100	99×61×47	91		
	ユニセル Dxl 800	〃		400		200	172×96×170	521.6		
〃	〃 600	〃		200		〃	156×96×170	484		
三菱化学メディエンス	イムライズ 1000	最大12	5～100	120	項目により異なる	100/6	114×63×47	113	880	
	〃 2000	〃 24	〃	200	〃	200/6	152×76×119	403.7	2,500	
〃	ACS：Centaur XP	30	10～200	240	50～450	2K	184×105×134	545	3,500	360度ステータスライト，ディスポチップ
	ADVIA Centaur CP	25	〃	180	〃	880	107×74×81	166	2,000	180検体/時の処理能力，省スペースベンチトップ型
〃	パスファースト	最大6	80～100	6テスト/バッチ(17分)	カートリッジ単位	360	37.5×57×51	33	390	
和光純薬工業	SphereLight Wako	30	10～100	180テスト/h		100/15	101×75×135	450		アロカ(株) 製造販売元

20. 蛍光偏光装置（Instrument for Polarized Fluorecence）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	分／検体	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	TDXFLX アナライザー	27	50～500	15～22		660	70×60×35	49		

21. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	分／検体	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™IL SL-4720	インフルエンザウイルス A/B CRP StrepA IgE		5.10.15.20分（項目による）			22.5×21.7×8.3	3		イムノクロマト試薬を差し込むだけの簡単操作で測定可能。
協和メデックス	DM-JACK	3項目選択	～10	180	～250	100/3	42×46×43	25	850	HbA_{1c}, GLu 1,5 AG, GA
	〃 II	〃	〃	〃	〃	100/6	107×70×107	100	1,600	HbA_{2c}, GLu 1,6 AG, GA
〃	〃 Upgrade	〃	〃	〃	〃	〃	43×47×52	33	850	〃
三和化学研究所	バナリストエース	CRP, hsCRP 検体を測定用チップに装着。本装置内で液体の移動及び混合，反応を行う装置				250	34×29×27	約9.5		
バイオテック	ELISA用連続分注・洗浄装置 ALCS-2000	本装置はEIA試薬のコーティングにおける，抗原・抗体の分注やブロッキング液の分注が可能で広範囲にわたりコストや労力のかかる作業を全自動で処理する。				110	225×92×54	100		
浜松ホトニクス	イムノクロマトリーダ C 10066	金コロイド発色イムノクロマト試験片の発色強度を短時間に高感度で定量測定が可能です。				12	21.5×23.5×9.2	1.6		
ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス〈E〉	モジュールアッセンブリ方式，電気化学連続発光法				220/20	245×110×114	895		
	〃 〈EE〉	〃				〃	365×110×114	1,350		
〃	〃 〈PE〉	〃				〃	〃	1,300		
	〃 〈EEE〉	〃				〃	485×110×114	1,805		
〃	〃 〈PPE〉	〃				〃	〃	1,710		
	〃 〈EEEE〉	〃				〃	605×110×114	2,260		
〃	コバス6000〈601〉	〃				4.6K	217×104×114	約620		
	〃 〈501｜601〉	〃				〃	309×104×130	約960		
〃	〃 〈501²〉	〃				〃	349×104×130	約885		
	〃 〈501²｜601〉	〃				〃	467×104×130	約1360		
〃	コバス411ラックシステム	電気化学連続発光法，卓上型				1.25K	170×95×80	約250		
	〃 ディスクシステム	〃				1.0K	120×73×80	約180		

血液検査機器

22. 多項目血球計数装置（Blood Cell Counter for Multiple Item）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μL	処理能力 検体／h	測定法	測定項目 種類	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	スポットケム™CL SB-1420	30	60	電気抵抗法	18	190	31.5×37×47.5	21		微量血モードあり
	スポットケム™CL SB-1430	55		〃	22	250	38.2×48.5×52	38		〃
アボット ジャパン	セルダインサファイア	117	106	レーザー多角度偏光散乱分離法	32	900	121×81.3×76.2	170.1		CD61，CD3/4/8 測定可
	〃 3700	20～355	60～90	〃	25	1.55K(最大)	76×79×68	131		網赤血球測定可
〃	〃 3200	20～250	60～70	〃	24	800(最大)	48×83×74	105.5		〃
	〃 1800	30	60	電気抵抗法	18	900(最大)	66×53×45	55	600	10,000 検体分の検体記憶容量
〃	〃 ルビー	150～230	68～76	レーザー多角度偏光散乱分離法	24	600	86.4×76.8×49.9	105.2	2,200	血小板のレーザー測定
エイアンドティー	MYTHIC 18 (J)	9.8	60	電気抵抗法	18	50 以下	25×34×35	9		1,500 検体メモリー可能 (USB で追加可能)
	〃 22 OT (J)	16.7	45	〃	22	150 以下	〃	11		〃
〃	〃 22 CT (J)	18.2	〃	〃	〃	〃	〃	13		〃
シーメンス HCD	アドヴィア 2120	175	120	光学法	75	100/15	141×68×86	193	3,700	CSF（脳脊髄液測定）モード標準搭載
	〃 2120 i	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3,800	〃 体液モード搭載
〃	〃 120	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	3,500	CSF（脳脊髄液測定）モードはオプション
シスメックス	多項目自動血球分析装置 XT-4000i	CP サンプラモード 150 マニュアルクローズドモード 150 マニュアルモード 85 キャピラリーモード 85	100	RF/DC 検出方式 フローサイトメトリー法	30	250 以下	53.0×50.0×63.0	52		ネットワーク対応
	〃 XT-2000i	サンプラモード 150 クローズドモード 150 マニュアルモード 40 キャピラリーモード 40	80	〃	〃	〃	〃	〃		〃
〃	〃 XT-1800i	〃	〃	〃	24	〃	〃	〃		〃
	〃 XE-5000	マニュアルモード 130 CPサンプラモード200 キャピラリーモード40	150～113	RF/DC 検出方式 フローサイトメトリー法	32	800 以下	70.6×53.5×71.1	81		〃
〃	〃 XE-2100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃
	多項目自動血球計数装置 K-4500	サンプラモード：200 マニュアルモード：100 キャピラリーモード：40	80	〃	18	600 以下	58.0×35.1×60.0	50		
〃	〃 KX-21	全血モード：50 希釈モード：20	60	DC 検出方式	〃	230 以下	42×35.5×48	28		
	〃 KX-21N	〃	〃	〃	〃	〃	〃	30		ネットワーク対応 チケットプリンタとの接続可能
〃	〃 KX-21NV（動物用）	〃	〃	〃		250 以下	42×35.5×48	〃		
	〃 POCH-100 i	全血モード：約 15 希釈 〃 ：20	125 秒/検体	〃	8	約 150 以下	18.5×46×35	約 14		

〃	〃 POCH-100 iv(動物用)	全血モード：約15	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	多項目自動血球分析装置 XS シリーズ	20	60	フローサイトメトリー法	24	210以下	32×41.3×50.3	24		
日本光電工業	セルタック F MEK-8222	55	80	電気抵抗法 レーザー散乱	22	360	61.3×55.0×58.3	55	780	USBポートで高速データ転送
	〃 E MEK-7222	〃		〃	〃	250	38.2×48.5×52	38	515	静脈血 微量血の選択
〃	〃 α MEK-6400	30	60	電気抵抗法	18	120	23.0×45.0×38.3	18	385	キャップピアスユニット内蔵
	〃 α MEK-6420	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	308	
フクダ電子	自動血球計数装置 LC-660	10	55	電気抵抗法 比色法	18	150	26×45×43	17	420	
ベックマン・コールター	LH 785	550	105	アキュカウントテクノロジー VCSフローサイトテクノロジー	35	2,080	本体 102×61×89 スライドメーカー 75×69×53 スライドステイナー 60×76×50	93 41 36		
	〃 780	300	110	〃 〃	〃	1,220	102×61×89	93		
〃	〃 755	550	105	〃 〃	29	2,080	本体 102×61×89 スライドメーカー 75×69×53 スライドステイナー 60×76×50	93 41 36		
	〃 750	300	110	〃 〃	〃	1,220	102×61×89	93		
〃	HmX	185	75	電気抵抗法 VCSテクノロジー	24	1,440	62×62×85	95		
	ユニセル DxH 800	165	100	VCSテクノロジー	30	2,400	76×79×97	118		
堀場製作所	Microsemi LC-660	10	60	電気抵抗法 吸光度測定	18	150	26×45×43	17	420	白血球3分類測定
	〃 -661	〃	約51	電気抵抗法＋吸光度測定	〃	75	〃	20		白血球3分類 キャップピアス式
〃	〃 -667 CRP	CBC 10 CBC＋CRP 18	CBC約55 CBC＋CRP 15	電気抵抗法＋吸光度測定 CRP：ラテックス免疫比濁	19	85	〃	19		〃 CRP同時測定可
	Pentra 60 LC-5000	5DIFF モード 53 CBC モード 130	60	電気抵抗法＋吸光度測定	26	最大200	44.4×48.1×51.6	35	530	白血球5分類測定
〃	〃 80 LC-5501J	5DIFF モード 53 CBC モード 30	80	〃	〃	300	82×57×54	55		白血球5分類測定
	〃 XL 80	53	〃	電気抵抗法 吸光度法 80 DHSS（電気抵抗法＋光透過度法）	〃	230以下	〃	〃		高濃度検体は自動希釈して測定
〃	〃 DX 120	200	60-120 (モードによる)	電気抵抗法 吸光度法 DHSS（電気抵抗法＋光透過度法）レーザー透過散光法	45	本体：800以下（他にレーザー電源ユニット）	本体：117×55×75（他にレーザー電源ユニット）	本体：110（他にレーザー電源ユニット）		網赤血球・赤芽球・白血球系の幼若細胞測定が可能

23. 血液凝固測定装置（Blood Clot Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エイアンドティー	CG02	25		粘稠&散乱光方式	PT, APTT, Fib, TB, HPT	DC 24/1.8	23.5×24.1×10.6	3	95	
	CG101	6～33	100	散乱光度法	〃					
エル・エム・エス	KC 1 デルタ	全量法		磁気センサー法	PT, APTT, Fib, 因子他	40	14×21×8	1.2		
	〃 4 〃	半量法		〃	〃	150	35×45×12	6.5		

協和メデックス	COAGTRON-180	12		90～180		250	84×68×71	65		
シスメックス	CS-2100i	PT,APTT：50,Fbg,HPT：10 TTO：20 XIII：20 外因子定量：5 内因子定量：10	PT：180テスト/時間	凝固法,合成基質法免疫比濁法,凝集法	凝固13，合成基質6，ラテックス比濁5	800以下	77.5×86.5×67.5	100		
	CS-2000i	〃	〃	〃	〃	1,340	77.5×67.5×86.5	〃		
〃	全自動血液凝固測定装置 CA-7000	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 外因子定量：5	500テスト/h	光散乱検出方式，比色法，比濁法	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT因子定量,ATIII,α,PL,PLG,PC,FDP,DDダイマー	1,200以下	105×76.5×62	145		
	〃 CA-1500	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 外因子定量：5 内 〃 ：10	120 〃	〃	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT因子定量,AT III,α,PL,PLG,PC,FDP,DDダイマー	720以下	78×50×50	75		
〃	〃 CA-550	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 TTO：20 AT III,FDP：10	PT：約54テスト/時間	光散乱検出方式 比色法方式	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT因子定量,AT III,α,PL,PLG,PC,FDP,DDダイマー	380以下	54.0×47.0×54.0	45		
	〃 CA-510	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20	〃	光散乱検出方式	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT	310以下	〃	〃		
〃	〃 CA-530	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 AT III：10	〃	光散乱検出方式 比色法方式	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT,ATIII	380以下	〃	〃		
	自動血液凝固測定装置 CA-50	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20		光散乱検出方式	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT,因子定量		32.7×30.2×11.3	4.5		
積水メディカル	コアプレスタ 2000	2～100	最大 400	凝固時間法 合成基質法 ラテックス比濁法	凝固・線溶		67×70×119	170		
日水製薬	エバネット EV 20	8～150	18	蛍光免疫法	FM,FDP,P-FDP,Dダイマー,AT III,PIC	200	52×47×26	28	350	
フィンガルリンク	ROTEM-delta	300	4チャンネル	ローテーショントロンボエラストメトリー		350	37×57×57	22	600	包括的止血能評価システム，専用試薬発売開始
	〃 -Gamma	〃	〃	トロンボエラストメトリー		190	46×40×19.5	16	480	
三菱化学メディエンス	ACL 100	10～50	110(PT-FIB同時測定)	クロット法	凝固	300	75×63×45	52	180	PT-FIB 1試薬同時測定
	〃 200	〃	〃	クロット法 発色性合成基質法	凝固・線溶	〃	〃	〃	200	〃
〃	〃 8000	〃	175(PT-FIB同時測定)	クロット法 発色性合成基質法 ラテックス凝集法	〃	350	92×60×60	63	780	〃 ランダム測定
	〃 9000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	880	〃
〃	〃 10000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	920	〃
	Elite Pro	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	940	〃
〃	ACL Advance	〃	240(PT-FIB同時測定)	〃	〃	300	104×63×59	84	1,100	〃
	〃 TOP	〃	360(PT-FIB同時測定)	〃	〃	1K	151×76×73	150	1,880	〃
〃	〃 TOP 500 CTS	〃	240(PT-FIB同時測定)	〃	〃	〃	110×89×73	140		〃
ロシュ・ダイアグノスティックス	STA-R Evolution	25～200 5 μL 毎可変	最大 300	ピスコシティ・ディテクション方式	凝固時間合成基質免疫比濁	230/11	121×82×125	200		寸法・重量は本体のみ
	STA Compact	25～200 5μL 毎可変	150	〃	〃	100/15	98×66×64	125		〃
和光純薬工業	COAG 2	25		粘稠&散乱光方式	PT,APTT Fib,TB,HPT	100/1.8	24×24×11	3	95	(株)エイアンドティー製造販売元

24. 血小板凝集測定装置（Instrument for Platelet Aggregation Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイエスケー	WBA Neo ISK-1	200×4		SFP	100/3	25×50×43	20		オプション：データーアナライザー
エル・エム・エス	MCM ヘマトレーサー 712	100/200	12	透光度法	180	52×40×22	15		
	〃 704	200	4	〃	75	31×19×13	3.5		
興和	PA-20	300	2	レーザー散乱光，LED濁度法	100/2	41×33×13	8.5		
	〃 -200	〃	4	〃	〃	55×32×15	14		
フィンガルリンク	WBA 591	500(全血)	1	インピーダンス法	55	33×22.8×15	5.9	158	全血測定　簡易タイプ
	〃 592	〃	2	〃	120	38×33×15	8.2	258	〃
〃	490-2 D	500 or 250 (PRP)	〃	Born 法	100	33×44×15	11.5	〃	PRP 測定
	700-2	500(全血) 250(PRP)	〃	インピーダンス法/Born 法/ルミネッセンス法	150	36×46×22	18	540	全血/PRP/ATP 放出　測定
〃	Muliplate	300(全血)	5	インピーダンス法	400	47×30×10	8	480	1セル2重測定，センター一体型使い捨てテストセット

25. 赤血球沈降速度測定装置（Instrument for Erythrocyte Sedimentation Rate Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		mL			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エル・エム・エス	ペスマティック EASY	1.0	10	ウェスタグレン変法	18	14×15×22	1.2		
	〃 30	〃	30	〃	65	51×50×35	20		
常光	モニター 100	1.28	100	レート法	100/1	29×44×18	7		バーコードリーダー
	〃 40	〃	40	〃	〃	33×31×20	5		〃
〃	〃 20	〃	20	〃	〃	29×26×18	4		〃
	〃 12	〃	12	〃	〃	24×26×20	3		
テクノメディカ	ESR -quick 15	1.8	15	CCD カメラ画像処理	100/3	39×43×29	25	160	従来の2時間値を30分で測定。真空採血管ダイレクト法
	〃 -6000BP	〃	60	国際標準法	〃	53×35×43	〃	300	バーコード対応
〃	〃 -1000	〃	10	〃	〃	32×17×47	11.5	48	
	Quick eye	1.12	20	CCD カメラ透過法	100/1.5	39×45×28	12	230	1時間値を20分で測定 結果は沈降カーブによるパターン表示

東洋紡績	ベスマティック EASY	1.0	10	ウェスタグレン変法	18	14×15×22	1.2		
	〃 30	〃	30	〃	65	51×50×35	20		
フィンガルリンク	Roller 20	150 μL	同時測定 18 検体	キャピラリーフォトメトリー法	100	32×56×58	23.2	210	EDTA 血 20 秒測定，LIS 対応
	〃 PN	175 μL(自動) 100 μL(マニュアル)	〃 20 検体	〃	〃	38×33×15	16		〃，100 μL 微量測定，LIS 対応

26. 血液標本自動作製装置（Auto Preparing Instrument for Blood Sample）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	セルダインエスエムエス	30～200	80～120	1.5K	84×89×71	120		ウェッジ法
シーメンス HCD	ADVIA オートスライド	75	120		91×70×50	60	1,200	
シスメックス	塗抹標本作製装置 SP-1000*i*	200	120	650 以下	86.5×86.0×66.0	100		
	遠心塗抹装置 HEG-NSP	〃			19×43×23 (閉蓋時)	20		ヒトおよび実験動物の血液塗抹標本の作製，スピナー法，4,700 rpm
〃	自動染色装置 HEG-NST				44.6×62×40	33		ライト染色，メイギムザ染色や他の染色が可能，タイマー 0～99 分 59 秒可能，染色槽：3 槽，洗浄槽：1 槽

27. 血液像自動分類装置（Instument for Blood Cell Differentiation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
シスメックス	血液像自動分析装置 HEG-L		80	400	自動顕微鏡部 40.4×71.8×44	73		

28. 細胞分類装置（Instrument for Differential Cytology）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン・コールター	Cytomics FC 500	指定なし	120	レーザーフローサイトメトリー	同時5カラー	3 K	90×74×61	80	1,650～	5 カラー，オートサンプラ内蔵

29. 全自動輸血検査装置（Fully Automated Pre-transfusion Blood Testing System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	オーソ・オートビュー Innova	血漿 40 3％赤血球浮遊 10	48(ABD 血液型) 36(不規則抗体スクリーニング)	ABD Screen 等	1.15K	140×75×92	230	2,100	

30. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイエスケー	プラビーズ・カラム	2.5 mL		コラーゲンビーズカラム法		ラージサイズビーズ			血小板粘着能測定用
	〃 ・PAG	〃		〃		スモールサイズ 〃			〃
〃	ISK シリンジポンプ	可変式			100/2	23.8×17×15.6	3.7		プラビーズカラム及びラボ用
味の素	採血管冷却保冷デバイス	特徴：採血管の急速・冷却及び長時間保冷							
シスメックス	血液分類計数器 LADIC-12	測定項目：白血球 12，赤血球 12 測定法　：顕微鏡目視手入力				17×25×12	1.5		
	骨髄像分類計数装置 LADIC-300	測定項目：血液像 12，骨髄像 48，記憶検体データ最大 6 万件，時系列データ表示 測定法　：顕微鏡目視手入力				30×25×10	7		RS232C 接続可能
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	マイクロタイピングシステム カード用遠心機ID-Centrifuge 24S	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型の全自動マイクロタイピングシステムです			100	37×41×17	12	68	オリンパス㈱製造販売元
	〃 カード用遠心機ID-Centrifuge 6S	〃			60	27×31×17	6.7	40	〃
〃	〃 カード用恒温機ID-Incubator 37S I	〃			200	31×34×19	6	32	〃
	〃 カード用恒温機ID-Incubator 37SII	〃			〃	36×42×21	9	68	〃
〃	ID-Micro Typing System	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型のマイクロタイピングシステムです。							〃
	自動遠心判定機 ID-Reader SA								
〃	〃 ID-Gelsation								
フィンガルリンク	C-Chip(NI Grid) DHC-N 01	10 μL	2 検体/1 枚		包装単位 50 枚/箱	75×25×1.6(mm)		1.6	ディスポーザブル血球計算盤
	C-Chip(FR Grid) DHC-F 01	20 〃	〃		20 〃	〃		0.64	〃
〃	C-Chip(NI & FR Grid) DHC-NF	15 〃	〃		25 〃	〃		1.6	〃
	C-Chip(BT Grid) DHC-B 02	10 〃	〃		20 〃	〃		0.64	〃

〃	赤血球変形能測定装置 Rheo S can D	5〃	1チャンネル	スリットフロー エクタサイトメトリー	190	38×33×15	10	400	微量サンプル測定
フクダ電子	自動血球計数CRP測定装置 FL-278CRP	CBC 8項目+CRP定量 測定方式：WBC，RBC，Hct，PLT：電気抵抗法 Hgb：シアンメトヘモグロビン法 CRP：ラテックス免疫比濁rate法			150	30×40×41	18	488	
〃	自動血球計数CRP測定装置 LC-667 CRP	白血球3分類含むCBC 18項目+CRP定量 測定方式：WBC，RBC，Hct，PLT：電気抵抗法 Hgb：比色法(ノンシアン法) CRP：ラテックス免疫比濁RATE法			85	26.2×45.0×43.0	19	550	
〃	自動CRP測定装置 LT-128	CRP定量。測定方式：ラテックス免疫比濁rate法			100	29×41×41	〃	288	
	呼気中$^{13}CO_2$分析装置 POCone	測定項目：呼気ガス中の$^{13}CO_2$比率の変化量 測定方法：非分散赤外方式			200	22×36.1×27.2		96	
和光純薬工業	カード用遠心機ID-Centrifuge 24S	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型の全自動マイクロタイピングシステムです			100	37×41×17	12	68	バイオ・ラッド ラボラトリース㈱ 輸入販売元
	カード用遠心機ID-Centrifuge 6S	〃			60	27×31×17	6.7	40	〃
〃	カード用恒温機ID-Incubator 37S I	〃			200	31×34×19	6	32	〃
	カード用恒温機ID-Incubator 37S II	〃			〃	36×42×21	9	68	〃

細菌検査機器
尿検査機器
病理検査機器

31. 微生物分類同定装置（Instrument for Bacterial Identification）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
シーメンス HCD	マイクロスキャン WalkAway 96Plus	比色法/蛍光法		1.25k	97.8×86.4×94.0	182	3,300	同定/感受性同時又は個別測定
	〃 40Plus	〃		〃	97.8×86.4×73.7	170	2,000	〃
〃	〃 autoSCAN-4	比色法		120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
日水製薬	RAISUS	蛍光/比色法		1K	84×90×127	180	1,500	

32. 感受性試験装置（Instrument for Bacterial Sensitivity Test）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	薬剤形態	MIC 測定	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h		可・否	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
シーメンス HCD	マイクロスキャン WalkAway 96Plus	比色法/蛍光法				1.25k	97.8×86.4×94.0	182	3,300	同定/感受性同時又は個別測定
	〃 40Plus	〃				〃	97.8×86.4×73.7	170	2,000	〃
〃	〃 autoSCAN-4	比色法				120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
シスメックス・ビオメリュー	バイテック2コンパクト30	比色				100/5	72×68×60	75	890	
	〃 60	〃				〃	〃	〃	1,500	迅速報告，同定感受性試験結果自動検証システム(AES)を搭載
〃	バイテック2 ブルー/バイテック2 XL	〃				(バイテック2) 100/5	(バイテック2) 100×71×67	(バイテック2) 100	(バイテック2) 1,800	〃
	ミニアピ	比色及び比濁法				100/2	43×46×35	25	450	
日水製薬	RAISUS	蛍光/比色法		乾燥プレート	可	1K	84×90×127	180	1,500	

33. 血液培養検査装置（Instument for Blood Cultur）

会社名	商品名 型式名	架設本数	ボルトの種類	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
コージンバイオ	バーサトレック240モデル	240	好気・嫌気	700	132×78×93	545	990	

34. DNA・RNA 測定装置（Instrument for DNA・RNA Analysis）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
カイノス	ニュークリセンス Easy Q	リアルタイム NASBA 法	48 検体/1.5 h	200	42×42×22	20	390	RNA を等温増幅する NASBA 法とモレキュラービーコンによるリアルタイム検出装置
シーメンス HCD	バイエルルミノメーター HC＋	TMA (化学発光測定)	94検体/5時間	40	45.72×66.67×45.72	19	1,088 (機具一式)	TMA 定性分析用装置
シスメックス・ビオメリュー	自動細菌タイピング装置： DiversiLab	蛍光	13 検体/1 h	60	16.2×29.0×41.2	10	700	再現性の高いタイピングを菌株から 4 hrs で実施
東ソー	TRCR リアルタイムモニター TRCRapid-160	TRC 法	16 サンプル/ バッチ	250	35×32×24	17		転写酵素と逆転写酵素の協奏反応による RNA 増幅・検出法
ロシュ・ ダイアグノスティックス	COBAS AMPLICOR	遺伝子増幅		0.8K	86×57×90	75		PCR 検査用自動測定装置
	MP-12	DNA ハイブリダイゼーション	12	100	38×64×55	47		自動核酸抽出機
〃	コバス Taq Man	遺伝子増幅		1.2K	114×75×95	237		リアルタイム PCR 検査用自動測定装置
	〃 Ampli Prep	DNA ハイブリダイゼーション		〃	165×74.5×93.5	310		自動核酸抽出機
〃	〃 Taq Man 48	遺伝子増幅		0.6K	45×75×50	55		リアルタイム PCR 検査用自動測定装置

35. 核酸抽出装置（Nucleic Acid Extractor）

会社名	商品名 型式名	サンプル (種類)	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	アイデンシー™ IS-5310	全血,口腔スワブ 精製核酸	4 検体/ 1.25～1.5 h	PCR＋ Tm 解析法	300	41×45×42	27		本装置は研究用
アボット ジャパン	Abbott *m* 2000 sp 自動核酸抽出装置	血清・血漿	24～48	磁性粒子 抽出法	1.2K	176.5×79.4×25.4	314	お問い合わせ下さい	全自動，各種検体可(専用 DNA・RNA 抽出試薬により高純度核酸抽出可能)
カイノス	ニュークリセンス MINI MAG	血しょう，血清，喀痰，便	12/0.75 h	磁性シリカによるブーム法		43.8×11.4×15.3	3.6	80	DNA/RNA 同時抽出，高収量・高純度，コンパクト
シスメックス・ビオメリュー	ニュークリセンス MINI MAG	血しょう，血清，喀痰，便，その他	12/0.75 h	磁性シリカによる BOOM 法		43.8×11.4×15.3	3.6	80	DNA/RNA 同時抽出，高収量・高純度，コンパクト
	〃 easy MAG	〃	24/0.6 h	〃		100×65×53	125	960	共通試薬とプロトコールで種々の検体から同時に核酸抽出

バイオテック	核酸抽出装置 AGE-96	全血		ビーズ法抽出	400	70×75×75	80	850～	96 cH 同時処理，コンパクトサイズ，全自動
ベックマン・コールター	SPRI-TE 全自動核酸抽出装置	FFPE，全血，血漿，血清	10 検体/30～45 分	磁性ビーズ抽出法	100	50×61.2×64.5	56	398	全自動，パラフィン切片からも DNA/RNA を抽出

36. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アジア器材	4 cc スポイト L	バイオハザードの恐れのある検体を，より安全に，より確実に検体処理が行えます					
	15 mL スクリュースピッツ	DNA 測定検査などの，前処理容器として使用できます					
シスメックス・ビオメリュー	バクテアラート 3D	連続モニタリングシステムによる血液・抗酸菌培養装置，検出原理は CO_2 産生による色調変化により検出	100/10	85.2×61.7×91.4	160	980	同時測定可能検体数：240 検体
	〃 コンビネーション	〃	100/6	49.6×62.2×78.1	90.7	580	〃　：120 検体
〃	バクテアラート 3 D 60	〃	〃	58.8×49.7×60.9	41	240	〃　：60 検体
	PREVI カラーグラム	自動でグラム染色を行う。		56×53×24	16.8		12 枚同時染色用 PD-セル 30　〃
〃	〃　イソラ	自動塗抹装置。プレートへの塗抹を自動で行う。平板，分画培地ともに塗抹可能。	〃	144×90.7×168	298		180 枚プレート/時間。
セントラル科学貿易	エアーサンプラー RCS	空中浮遊菌を定量的に分析する採取装置		4×4×33.5	1.1	29.8～	
	ANOXOMAT 嫌気培養システム	・オランダで 90 %の市場占有率を誇る。 ・最大 4 個まで嫌気培養ジャーを接続可能。 ・各ジャー毎に独立して培養条件を設定可能。	473	32×55×27.5	32	120～	
和光純薬工業	トキシノメーター MT-5500	エンドトキシン及び(1→3)-β-D-グルカンの測定が同時に行え，グラム陰性菌及び真菌による感染症の迅速診断に有用です。	100/2.2	35×42×35.6	13	280	

37. 浸透圧計（Osmotic Pressure Manometer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	サンプル量	測定範囲	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h	μL	mOsm／kg	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オズモステーション™ OM-6060	20～30	200 以上	0～2,000	160	32×35.5×34	19		

38. 尿分析装置（Urine Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	定性・定量の区別	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オーションマックス™ AX-4030	225	定性	13	150	53×53×53	41		演算項目 P/C 比
	ポケットケム™UA PU-4010	50	〃	12	単三電池×2	12.4×8.1×3.6	0.18		演算項目 A/C 比，P/C 比
〃	オーションイレブン™ AE-4020	514	〃	13	45	21×32.8×16.4	3.6		〃
栄研化学	US-1000	180	定性	10	60	30.0×32.5×13.1	3	98	テラメックス社製
	〃 -2200	720	〃	〃	100	40.0×38.5×25.5	10	250	〃
〃	〃 -3100 R plus	276	〃	〃	200	60×75×58	49	790	〃
	〃 -3300	411	〃	〃	〃	62×116×58	64	980	〃
協和メデックス	尿分析装置 UR-S 600	600	定性	9	80	34×35×23	12	280	
三和化学研究所	ビジュアルリーダー	60	定性	10		15×25×11	1.05		
シーメンス HCD	クリニテックアトラスXL	225	定性/微量アルブミン・クレアチニン	14	100/3.5	72.4×65.5(5)66.0	86.5	985	蛋白/クレアチニン比を自動計算
	〃 アドバンタス	500	〃	〃	72	39×35×32	7.2	240	〃
〃	〃 ステータス	60	〃	〃	100/0.3	17.1×27.2×15.8	1.6	12.8	アルブミン指数および蛋白クレアチニン比を自動計算
シスメックス	URISYS2400 尿自動分析装置	最大 240	定量	比重，pH，蛋白質，糖，潜血，ビリルビン，ウロビリノーゲン，ケトン体，亜硝酸塩，白血球，濁度，塩素	200	53×65×67	85		
	Urisys 1800 尿自動分析装置	最大 600	〃	濁度以外上と同じ	60	42.5×37.5×36	11		
タニタ	UG-201	19	定量	尿糖	0.018	9.7×7.6×2.9	0.15	1.6	携帯型デジタル尿糖計
	US-001	16	〃	8 OHdg					酸化ストレスマーカー検査キット

テクノメディカ	全自動尿分析・分取装置 UA・ROBO-700 *i*	180	定性	13	100/6	81×111×128	200	1,590	尿検査の前処理と尿定性分析を全自動で行います.
和光純薬工業	プレテスター RM-805	300(最大)	定性	10	100/0.5	28×21×10	2.8	65	小型尿検査装置
	〃 RM-6050	600(最大)	〃	〃	100/1	41.5×45×39	25	245	尿化学分析装置

39. 尿沈渣分析装置（Urine Sediment Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定原理	サンプル量	分類項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h		μL	数	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オーションアイキュー™ IQ-5210	60	フローサイトメトリー法	約 1000	自動分類 13	最大 565	本体：53×61×57	本体：42.5		
							パソコン：25×43×43	パソコン：12.5		
シスメックス	全自動尿中有形成分分析装置 UF-1000 *i*	100	フローサイトメトリー法	約 800	5	500 以下	58.0×61.5×71.0	75.5		
東洋紡績	U-SCANNER II	100	顕微鏡画像解析	約 120	5（詳細分類一部可能）	1 K	70×69×57	80		ラック搬送ユニット含む

40. 便潜血測定装置（Automated Fecal Occult Blood Analyzer）

会社名	商品名 型式名	分析法（測定法）	処理能力	測定原理	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
栄研化学	OC センサー μ	ワンステップレイト法	80	ラテックス凝集	150	32×53×42	26	300	多摩精機社製
	〃 io	〃	88	〃	〃	36×56×42.5	35	350	〃
〃	〃 neo	〃	250	〃	500	63×60×58	70	698	アロカ社製
	〃 DIANA	〃	280	〃	〃	63×56×56	60	〃	〃
協和メデックス	HM-JACK	テラックス凝集法	180	〃	100/3.2	55×50×50	45	450	
	〃 Plus	〃	〃	〃	100/2.8	50×53×49	30	650	
和光純薬工業	FOBITWAKO	金コロイド比色法	250	金コロイド比色法	最大 820	62×60×57	65	580	
	QUICK RUN	〃	10 検体/16.5 分	〃	100/1.2	24.5×30×30.5	11	94	便潜血小型精密分析装置 尿中髄液中総蛋白測定可

41. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アジア器材	12 mL 沈渣スピッツ	12 mL 沈渣スピッツは，各種尿検査器械に対応し，バーコードの貼りやすい設計になっております．					
	11.5 mL 沈渣スピッツ	〃					
メディカテック	カップセット機 ACI-1600	省スペース設計・高速処理・簡単操作	300	75×136×60	約 180		
	〃 ATI-1600	〃	150	100×53×91.5	約 120		
ワカミヤ商会	アスモハルンコップ 7オンス	尿コップの内壁に尿の採取量が明記されており，検査技師，患者に喜ばれる。外国人でも分る様表示					
	〃 6.3オンス	〃					
〃	アスモワンタッチ開閉スピッツ	スクリューネジスピッツなのに簡単にワンタッチにてふたの開閉ができる試験管(スピッツ)である					

42. 自動組織細胞染色装置（Automatic Tissue Staining Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理工程槽	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数	数／回	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
ロシュ・ダイアグノスティックス	ベンタナ シンフォニー (SYM1)	70 スライド	70スライド/1時間	最大 4.6 K	124.5×71.2×193.0	310	1,680	全自動 H&E 染色装置(ランダムアクセス&コンティニュアスアクセス)
	〃 (SYM3)	200 〃	200 〃 /1時間	〃	〃	〃	1,980	〃
〃	ベンタナ XT システム ベンチマークモジュール XT	30 〃	IHC：90 分～ ISH：5 時間～ FISH：15 時間 FIHC：25 分	合計最大 2.0 K	本体 88.9×66.0×153.0	本体 175	1,480	全自動 IHC, ISH 処理装置(ランダムアクセス)
	〃 ディスカバリーモジュール	〃	ISH：4 時間～ FISH：3.5 〃 Chip：4 〃 IHC：90 分～ FIHC：240 〃	〃	〃	〃	1,580	全自動 ISH, IHC, DNA, Chip 処理装置(ランダムアクセス)
〃	ベンタナ NX-SS モジュール	20 〃	20 スライド/約 24～102 分	〃	本体 51.4×41.3×36.0 36.8×34.3×35.6	本体 35.3	680	全自動特殊染色装置(ランダムアクセス)
	ベンタナ ベンチマーク ULTRA	30 〃	IHC：90 分～ ISH：5 時間～ FISH：6 〃 FIHC：25 分	〃	本体 112×84×159	本体 295	2,000	全自動 IHC, ISH 処理装置(ランダムアクセス&コンティニュアスアクセス)

43. 画像処理装置（Image Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目数	画素数	モニター(インチ)	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		種	画素	カラー／モノクロ	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
シスメックス	血液細胞画像ファイリングシステム LAFIA	最大 80,000 枚	有効画素数：768×494(R,G,B)	17 インチ フルカラー	合計：約 1K 以下	本体 22×45×41(変更あり)	合計：100 以下		CL/SV 型により，Web ブラウザでの画像参照等が可能
ロシュ・ダイアグノスティックス	ベンタナ バイアスシステム	5 項目		19 インチ フルカラー	合計：1.5K 以下	本体 45×60×75	合計：99.8	2,500	Zeiss AXIO Microscope に，TRIPATH IMAGING 社 PROEX Imaging Software を使用した病理画像解析システム

44. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	マルチトランスチューブ	スライドガラスの輸送ケースで，アルコール固定などの固定容器，特殊染色容器としても使用できます．					
常光	自動固定包埋装置 Histra-QS	3 mm 角検体であれば固定～パラフィン浸透までを約 1 時間で処理。処理能力：20 カセット/回	100/12	56×50×66	60		超音波を利用し短時間化を実現
	迅速脱灰・脱脂・固定装置 Histra-DC	脱灰，脱脂，固定の処理が従来の 1/5～1/6 の時間で処理が可能．	〃	40×37×34	20		〃
〃	密閉型自動固定・洗浄装置 Histra-FX	固定・洗浄工程の密閉化・自動化により，ホルムアルデヒドガスの拡散を防止(規制対応)	100/0.5	35×53×113	30		

生理機能検査機器

45. 呼吸機能自動検査システム（Automatic Respiratory Function Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目	検出方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
フクダ電子	電子スパイロメータ SP-350 COPD	COPD 重症度ステージ解析機能 測定方法；スクリーン型ニューモタコ方式						
	多機能電子スパイロメータ SP-770 COPD	COPD 解析機能 測定方法；上記に同じ						

46. 超音波膀胱容量測定装置（Device for Bladder Volume Measurment）

会社名	商品名 型式名	測定項目	検出方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
シスメックス	ブラッダースキャンシステム BVI 6100	膀胱内尿量	超音波法	3.8 V リチウムイオンバッテリー		0.309		
	ブラッダーマネージャー BVI 3000	〃	〃	13.2 mW	23×32×7	2.3		

47. 超音波骨密度測定装置（Ultrasound Bone Desitometer）

会社名	商品名 型式名		消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
古野電気	超音波骨密度測定装置 CM-200	小型で持ち運び可能であるので骨検診等のスクリーニングにも適しています，測定指標：SOS，測定時間：10 秒，測定精度％CV：0.5％以下（ファントム測定時）	60	51×30×21	11	お問合せください	

48. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名		消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
山久化成	自動腹囲計	自動で PC へのデータ取り込み				未定	

システム

49. 臨床検査システム（Computer System for Clinical Laboratory）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分析	ホスト／ サーバ CPU	データ 入力方式	端末台数	オンライン 分析計台数	検査項目数	データ 保存日数	メーカー 希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	メックネット™ミニラボ	生化学，血清，血液，尿	WindowsXP	オーダリング，キーボード	1～4	～8	制限なし	ディスク容量による		データ管理システム端末
	〃　ケアラボ	〃	WindowsVista	〃	1～3	〃	〃	〃		クリニック用データ管理システム
〃	〃　SMBG Viewer	血糖	Windows 2000，XP，Vista	メーター接続キーボード						医療機関向け血糖値管理ソフト
	synergy（シナジー）		Windows 2000，XP	キーボード						診療データファイリングシステム，フリーウェア
アイテック阪急阪神	MELAS-i（検体）	生化学，血清，血液，尿一般	Windows	オンライン，K/B，OCR，OMR他	1台～	任意		ディスク容量による		
	〃　（細菌）	細菌	〃	〃	〃	〃		〃		単独での導入も可能
〃	〃　（輸血）	輸血	〃	〃	〃	〃		〃		〃
	〃　（生理）	生理	〃	〃	〃	〃		〃		〃
〃	Path Mate	病理	〃	〃	〃	〃		〃		〃
	検査結果web参照システム	結果参照	〃			〃		〃		
〃	TOHMAS-i	健診	〃	オンライン，K/B，OCR，OMR他	1台～	〃		〃		単独での導入も可能
	〃　Followup	〃	〃	〃	〃	〃		〃		〃
〃	感染制御支援システム	感染制御	〃		〃	〃		〃		〃
エイアンドティー	検体検査 CLINILAN LRP Suite/GL-2	生化学，血液，血清，一般，RI，	Xeon	オーダーエントリ OMR，OCR，用手法	1～	任意	999999	任意		検査業務システム
	感染症管理 〃　/IC-2	感染症	〃	オーダーエントリ 用手法	2～	〃	9999	無制限		感染症管理業務
〃	細菌検査 〃　/MB-2	細菌	〃	オーダーエントリ OMR，OCR，用手法	1～	〃	〃	任意		検査業務システム
	輸血検査 〃　/BT-2	輸血	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃
〃	病理検査 〃　/WebPath	病理	〃	〃	〃		〃	〃		〃
	個別検体データ検証 CLINIEEL Zone-2	生化学，血液，血清	〃		〃					検査業務支援システム （精度管理）
〃	検査結果照会 CLINIWeb-2	生化学，血液，血清，一般，RI，細菌	〃		〃					検査結果参照・ 検査状況参照システム
	検査室管理支援 CLINILAN LRP Suite/LM	〃	〃		〃					在庫管理・ コスト管理支援システム
〃	検査情報データベース CLINILAN RefDB	〃	〃		〃					検査情報支援システム
エクセル・クリエイツ	臨床検査システム FORZ	生化学，血液，血清，一般		オーダリング			9999		200～	
	健診システム 〃	人間ドック，一般，特定健診		OCR他			〃		300～	

〃	画像ファイリングシステム 〃	顕微鏡，エコー，X線他		DICOM, JPEG他					200～	
	在庫管理システム 〃	物品消耗品		バーコード スキャナ					〃	
オネスト	ハートレー HARTLEY	生化，血清， 血液，一般	P4,2.8G以上	オンライン,K/B,マウス バーコードリーダなど	1台～	任意	999,999	無制限 DISK容量次第	200～ 3,000	直感的な画面遷移でフレキシブル！ 各種アラート機能を装備
	感染管理支援 ICTweb	感染対策	〃	オンライン,K/B,マウス など				〃	300～ 3,000	院内感染対策に有用な情報を視覚的に提供するシステム
〃	アスティ ASTY	一般細菌， 抗酸菌	〃	オンライン,K/B,マウス バーコードリーダなど	1台～	任意	999 or 9999	〃	150～ 1,500	200施設以上の導入実績を誇るシステム
	フィルス Phyls	生理	〃	〃	〃	〃	999,999	〃	150～ 2,000	オーダエントリシステムとも連携可能な安価なシステム
〃	ルーバ RhoOBA	輸血関連 交差適合	〃	〃	〃	〃	〃	20年以上 DISK容量次第	150～ 1,500	同種血に限らず，血漿分画製剤や自己血の管理も可能
小林クリエイト	臨床検査システム SIMS	生化学,免疫学 血液学,尿一般	Pentium	オンライン,キーボード,OMR等	任意	任意	～9,999	ディスク容量による	別途見積り	
	検査報告照会システム TRAS		〃	Webブラウザ	数十台		〃	〃	〃	Webサーバー：IIS イントラネット対応
シーメンス HCD	BAY-URINAシステム	尿定性,定量, 沈渣	ペンティアムIII 700 MHz	オンライン キー入力	MAX5台	2	70	約1年間HDD 容量による	285～	
シスメックス	臨床検査情報システム SISシリーズ	血液,凝固, 尿一般	Pentium III 550 MHz以上	キーボード， マウス	別途ご相談	最大30 台を想定	最大9,999	別途ご相談		CL/SV型
テクノメディカ	TMC臨床検査総合システム	生化学，血液，免疫， 一般，病理，細菌	Windows 2003 Server	オーダリング， OCR,OMR,手入力	1～	1～	制限なし	ディスクの容量による		
日本電子	臨床検査情報処理システム JCS-50L	生化学，免疫， 血清，血液， 尿一般	Windows 2008 Server	HIS連携，他システム連携，手入力， OMR，OCR	1～	1～	～30,000	ハードウエアに依存		オプション）試薬・在庫管理支援機能，精度管理サブシステム，請求管理機能
	細菌検査システム JCS-50L/BACT	細菌， 微生物検査	〃	〃	〃	〃		〃		検体検査システムと同一サーバ・クライアントでの運用が可能
〃	WEB結果参照システム 〃 /WEB	検体検査， 細菌検査	〃	弊社システム から自動連携	〃			〃		HIS画面からの自動連携も可能
ニューコン	臨床検査システム Hi-Labo-S	生化，血液 一般等		オンライン入力， OCR，OMR，手入力	1～	1～	～3000	5年		
	〃 Hi-Labo-P	〃		〃	〃	〃	～1000	〃		
〃	輸血製剤管理支援システム HD-TRANS®	血液		〃	〃	〃		20年		
	病理検査管理支援システム HISTOMATIC	病理・細胞診		オンライン入 力，手入力	〃	〃		5年		
〃	総合健診システム K-EXAM-plus®	生化，血液 一般等		オンライン入力， OCR，OMR，手入力	〃	〃		〃		
	Hi-Laboシステム Webドクター支援システム	検査システム の照会			〃		～3000			
〃	〃 細菌検査システム	細菌，微生物		オンライン入 力，手入力	〃	1～		5年		
	〃 生理検査予約システム	生理検査予約		〃	〃	〃		〃		
〃	〃 採血検査システム	採血患者		〃	〃	〃		10年		
	〃 在庫管理システム	物品管理		〃	〃	〃		5年		

日立ハイテクノロジーズ	Labostream	検査全般	PC サーバ	キーボード，OCR，MSR，他	任意	任意	9,999	制限なし		Windows XP
	Lavolute 7	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		Windows Vista
メディカルシステム	銀河 2000				2台～			5年～	300	
	Web 検査情報システム Ginga 21 web									
〃	輸血管理システム Ginga BLD									

50. 検体前処理システム（Sample Processing System）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分野	システム構成	検体搬送方法	ラック種	処理能力	接続分析装置	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アイディエス	検体搬送システム IDS-880 シリーズ	生化学検査 血清・免疫検査	搬入・遠心・検抜・血糖検出・分注・ラベル発行・搬出・搬送・搬出・分析装置搬送・ストックヤードほか	1本搬送	1本ホルダー方式	構成により異なります	各メーカー約30種接続実績あり	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	・設置スペースに合わせ配置変更可能 ・高低，ストックヤード各種ユニット組み合わせ可能
	〃 〃	凝固検査 血糖関連検査	搬入・遠心・搬出・分析装置接続・ストックヤードほか	〃	〃	〃	各メーカー接続実績あり	〃	〃	〃	〃	
〃	〃 〃	尿・一般検査	搬入・ラベル発行・分注・分析装置接続・搬出・ストックヤード・ほか	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	・尿カップでの検体搬送が可能 ・尿カップから尿スピッツへの分注が可能
	自動分注装置 IDS-2000 シリーズ	生化学，血清	搬入・検抜・血餅検出・分注・ラベル発行・搬出	〃	〃	200 検体/時			163×82×156	300	〃	IDS-880 シリーズとの接続により，分析装置への接続可能
〃	〃 IDS-3000 シリーズ	〃	〃	〃	〃	300 検体/時			220×101×155	625	〃	〃
アロカ	検体前処理分注装置 APS-3000 シリーズ	生化学，血清	分注，他	ラック搬送	アロカ10本ラック，他	構成による		構成による	構成による	構成による	構成による	
	〃 LabFLEX2500	〃	〃	〃	アロカ5本ラック，他	250 検体/h		750	約 148×78×143	410	〃	
エイアンドティー	CLINILOG Ver. 2	生化，血液，血清，凝固，免疫	スタートストック，分注機，開栓機，接続ユニット，ターンテーブル，ナルストックの組み合わせ	ラック方式	日立/A&T 5検体ラック	構成により異なります	TBA-200FR，H7600，AIA-21，コアンビレックス，イ，ベ，ア，Gen-S，GA09U		ユニットにより異なります	ユニットにより異なります	構成により異なります	
	〃 Ver. 3	〃	投入，遠心，開栓，分注，バッファ，回収モジュールの組み合せ	1本ホルダ方式	A&T 5検体ラック（樹脂製）に使用	〃	Open LA21モジュール，外部サンプリング装置		〃	〃	〃	
〃	分析前工程 統合管理モジュール MPAM	〃	投入，検体認識，開栓，分注，ソーティング一体型	ラック方式	日立/A&T/日本電子 5検体ラック	500 分注以上（条件により異なる）	日立/A&T/日本電子 5検体ラック取込装置	2K	〃	450		投入，検体認識，開栓，分注，ソーティング一体型
シスメックス	HS トランスポーテーションシステム HST-N シリーズ	血液検査	多項目自動血球分析装置・赤血球測定装置・塗抹標本作製装置	ベルトライン方式	シスメックス製 10本ラック		XE-5000 SP-1000i					
	HS トランスポーテーションシステム XE-Alpha N	〃	多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	〃	〃		〃					
〃	US トランスポーテーションシステム US-Alpha Ⅳ	尿検査	・尿中有形成分分析装置・全自動尿分析装置	〃	〃		UF-100 AX-4280					
柴崎製作所	検体小分装置 PTD-700		分注・希釈・攪拌		各種ラックに対応可能			400	90×90×112	100		
テクノメディカ	自動尿分取装置 UA・ROBO-600B	尿検査		ラック方式		120/h	オプションで可	100/3	79×106×135	160	980	
	一般検査前処理システム UA・LABELER-1	〃		〃		5秒/本		〃	56×51×61	40	480	

〃	自動検体仕分け装置 SS-ROBO-800	径φ12～16.5 長さ75～100mm	6種分け	ラック方式	5本ラック 10本ラック	600検体/h	特注で可能	100/10	170×90×150	400	4,500	採血後の検体を各検査内容に応じてラックに仕分けします.
日本電子	検体搬送システム JLA-701T	生化学, 免疫	搬送	ラック方式	5本又は10本 ラック対応	最大1800 検体/時	生化学, 免疫他	100/40	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	検体搬送システム
日立ハイテクノロジーズ	検体前処理システム	生化学,免疫,血清,血液,髄液,尿	・検体投入部・遠心分離モジュール・開栓モジュール ほか	ラックによるベルトコンベア搬送	日立5本 ラック他	250～600検体時構成,使用条件により異なる	日立7700 シリーズ他	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		
ベックマン・コールター	オートメート800 AutoMate800	生化学, 血清	搬入, 遠心, 開栓, 分注, 仕分け搬出	1本搬送	1本ホルダ方式	1:2分注で 150親検体/時	オプション	1315	105×405×158	1,167		前処理に必要な全機能をワンパッケージで
	エルエイチ1500 LH1500	血液検査	搬出,搬入,LH接続ユニット, LH接続テーブル	〃	〃	構成による	LHシリーズ	構成による	構成による	構成による		任意規模のシステム構築が可能
メディカルジャパン	MSシリーズ	生化学, 血清, 血液, 他	分注,ラベラー,開栓,自動遠心器,振分け	ベルトライン方式	1本,5本, 10本	構成内容により異なります	各メーカー 接続実績あり		レイアウトにより異なります		問い合わせ下さい	各ユニットサイズの変更可能です
	分注システム MSシリーズ	生化学, 血清	分注, ラベラー	〃	1本,5本	250検体/h	〃		構成により異なります		〃	コンパクトサイズ
〃	高速分注システム	〃	〃	〃	〃	3,000 〃	〃		〃		〃	〃
	検体受付システム	生化学, 血液, 他	振分け・印字	〃	1本,5本, 10本	1,200 〃			〃		〃	〃

51. オートラベラ・バーコードプリンタ（Auto Labeler & Barcord Printer）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	バーコード種	ラベルサイズ (mm)	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
エプソン販売	サーマルラベルプリンタ TM-L90				最大 150 mm/秒	9種の他2次元 シンボル3種	幅34～76	24/1.7	14×14.8×20.3	1.9		
	インクジェットプリンタ TM-C3400				〃 92 mm/秒	14種の他2次元 シンボル8種	幅30～112	26	25.5×27.5× 26.1	10.0		
小林クリエイト	ラベルプリンタ ip-65				150 〃	8種 2次元コード	標準50×35	150	19.8×24.7× 18.1	3		
	〃 ip-205				〃	〃	標準50×32 標準50×35	〃	〃	〃		
〃	バーコードラベラー VL-150				4秒/本	7種	標準50×32	300	22.4×35.1× 29.5	15		
	採血業務支援システム i・pres with	100本以上/8管種	径φ12～18 長さ75～105	専用トレイ	〃	〃	標準53×35	800	55.0×81.7× 138.0	200		
〃	健診採血業務対応 i-pres fit	100本以上/1管種/4管種	〃	〃	5秒/本	〃	〃	175	66×66×55	55		
	ラベルプリンタ KP-300				150 mm/秒	9種 2次元コード	標準50×32	160	20×36×27	10		
〃	〃 ip-225				100 mm/秒	8種 2次元コード	標準50×32 標準50×35	150	19.8×24.7× 18.1	3		
テクノメディカ	採血管準備システム BC・ROBO-787	20～100	同時搭載種類 4～28種類	専用トレイ 専用ラック	最大約300 人分/h(1患者4本)	NW7, code 128他	50×30 50×35他	1000(基本構成)	90×124×85.5 (基本構成)	270		豊富なオプション有り.
	採血管準備装置 BC・ROBO-686	〃	〃 4～12種類	専用トレイ	最大約400 人分/h(1患者4本)	〃	〃	〃	90×124×78 (基本構成)	265		12管種で低価格.
〃	〃 BC・ROBO-888	100	〃 8種類	〃	最大約300 人分/h(1患者4本)	〃	〃	800	60×75×118	240		新製品, 省スペースと安心のバックアップ.
	小型採血管準備システム BC・ROBO-mini 20	20	〃 4種類	〃	5秒/本	〃	〃	500	44.5×43×55.5	35		コンパクトサイズで卓上型.

〃	〃 BC・ROBO-mini 40	40	〃 〃	〃	〃	〃	〃	500	44.5×43×75.5	40		〃
	バーコードラベルプリンター BC-450SR					NW 7 他 2 次元コード	各種	380 (最大)	19.8×23×18.1	3		熱転写方式(SR) 感熱方式(S)
メディカルジャパン	ラベルプリンター MJP-01				約 7 行/秒	NW-7 ITF コード 39 他	最大 58× 80φ		11×19×11	0.6		
	〃 MJP-02				100 mm/秒	〃	最大 80× 83φ		15×19×16	1.4		
〃	MS シリーズ	約 250 本	75～100 mm 13～16φ	5～50 本 ラック	約 450 本/h	〃	50×32		約 75×75×75	40		

52. 分注装置（Dispenser）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力 (検体/h)	バーコード種	分注量 (μL)	チャンネル数	消費電力 V/A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アロカ	ランダムアクセスワークステーション APS-790				条件により異なる		10～9999, 仕様により異なる		1.5K	約 172×105×171 (本体のみ)	約 500 (本体のみ)	構成による	ラックバーコード対応
	卓上型自動分注装置 LabFLEX900				〃		〃		400	約 86×78×70	約 90	〃	
柴崎製作所	分注希釈装置 SD 650						10～300	8・12	200	65×50×50	50		
	非接触微量分注装置						0.2～	2	100	50×50×50	20		
セントラル科学貿易	Multidrop384 stacker				160プレート/h		5～395	8	80	74×46×61	32	430	小型, 迅速, オートクレーブ可 スタッカー(20, 30, 60 枚) バルク分注
	マルチドロップ 384						〃	〃		31×32×16	6.2	135	
〃	マイクロフィル						5～300	〃		46×38×18	8.9	90	
バイオテック	マルチディスペンサー EDR-384U			マイクロ プレート 40 枚	マイクロプレート 1 枚約 13 秒		0.5～300	96, 384			60	600～	96CH, 384CH 対応 PC ソフト
	〃 EDR-96S/384S				マイクロプレート 1 枚約 5 秒		〃				30	280～	〃
〃	DNA 分注装置 MODEL-5000						1～20	1, 8		78×52×57		650～	分注確認センサー
	マルチステージディスペンスステーション ADS-384-8						0.1～300	96, 384		71×71×93.5	140	1000～	0.1 μL 超微量分注 1536 well plate 対応
〃	テーブルトップディスペンサー EDR-384 S II						〃	〃		42×45×54	50	300～	〃
	コンパクトワークステーション EDR-24 LS						0.5～30	1, 12, 24		52×52×60	40	195×	希釈, サンプリング可能
メディカルジャパン	MS シリーズ		75～100 mm 13～16φ	各種	1：1 分注 約 330 検体/h	NW-7ITF コード 39 他	10～1,000			約 90×75×120 (本体のみ)	60		ユニットサイズ変更可能です
	高速分注システム		〃	〃	1：1 分注 3,000 検体/h	〃	〃			約150×120×120 (本体のみ)	150		〃

53. 遠心分離器（Centrifugal Apparatus）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	回転数 r.p.m.	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー 希望価格 万円	特長・備考
エッペンドルフ	5430	30		アングル	30,130×g	17,500	475	33×42×25	29	35.9	
	5702	40		スイング	2,750×g	4,400	200	32×40×24	20	20.4	
久保田商事	ハイキャンパシティ冷却遠心機 モデル8730	130	15			4,000	200/12	64×78×86	205	130	大型チューブラック方式の多本架遠心機
	〃 ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル5910	68	〃			8,500	100/15	50×65×85	110	72	
〃	〃 ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル5930	80	〃			〃	〃	〃	〃	88	
	テーブルトップ・多本架遠心機 モデル8420	〃	〃			6,000	〃	53×63×37	60	49.8	
〃	テーブルトップ遠心機 モデル4000	68	15			5,800	〃	44×56×31	36	26	電動ドアロックを採用した，卓上型の最新モデルです
	〃 遠心機 モデル4200	〃	〃			16.000	〃	〃	38	35	電動ドアロックを採用し，マイクロローターも高回転で遠心可能
〃	卓上型遠心機 モデル2420	24	〃			4.000	100/8	35×42×32	24	16.5	スイングローターが使える小型卓上型の遠心機
	プレート専用遠心機 プレートスピン	マイクロプレート6枚				3.500	〃	〃	26	22	3500 ppm，1370×gで処理できる
セントラル科学貿易	Hemata STAT II	6	毛細管			6.000	100/1	18×13×12	0.6	29.8	1分間，ヘマトクリットリーダー装備
	プラズマプレップ	〃	2,3,5,7,10 mL			7,200	100/1.25	26×38×17.5	9	36.5	2分間，採血管不問，PRP 30秒分離

その他の臨床検査機器

54. マイクロピペット（Micropipette）

会社名	商品名 型式名	分注容量	方式	精度	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	固定・可変	%	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アルフレッサファーマ	フィンピペットデジタルF2		可変					2.75～3.8	
	〃 固定型		固定					1.8～2.5	
エッペンドルフ	リファレンス4900	1～2,500	固定					2.4	
	〃 4910	0.1～2,500	可変					3.3～3.6	
〃	リサーチF	10～1,000	固定					1.9	
	〃 V	0.1～10,000	可変					3.1～3.6	
〃	〃 M	0.5～300	〃					8.2～9.5	マルチ8/12チャンネル
	マルチペットプラス	1～10,000	〃					4.4	連続分注
〃	〃 stream	1～50,000	〃					8.0	〃
	〃 Xstream	〃	〃					9.5	〃
セントラル科学貿易	自動ピペット DIGIFLEX	2～2,000		±1%	150	17×26×40	12	165～	アベルケンダール前処理に最適
三菱化学メディエンス	エッペンドルフピペット リサーチV	0.1～10,000	可変					3.1～3.6	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 リサーチM	0.5～10，10～100，30～300	〃					8.2～9.5	〃 (8及び12チャンネルピペット)
〃	〃 リファレンス4910	0.1～2,500	〃					3.3～3.61	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 マルチペットプラス4981	1～10,000	〃					4.38	〃 (連続分注ピペット)
〃	〃 マルチペット Xstream	1～50,000	〃					9.48	〃 (電動，連続分注ピペット)
	〃 〃 stream	〃	〃					8.03	〃 ( )
〃	〃 リサーチプロシングル	0.5～5,000	〃					6.59	〃 (電動ピペット)
	〃 リサーチプロマルチ	0.5～1,200	〃					11.5～13.8	〃 (電動マルチチャンネルピペット)

55. 純水自動製造装置（Pure Water System for Automatic Analyzer）

会社名	商品名 型式名	採取容量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		L/h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ヴェオリア・ウォーター ソリューション&テクノロジー	MEDICA	7～200	100/1～	55×37×52～	18.5～	40～	

日本ミリポア	ElixUV	20～96	100/10	66×44×73	45～	163.9	検査用機器供給用純水製造装置
	RiOs-DI Clinical	3.5	100/0.7	29×33×50	8～	52.6	〃
〃	AFS	3～16	100/0.8	30×50×45	14～	81.9	〃

56. 洗浄器（Washer）

会社名	商品名 型式名	分注容量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
セントラル科学貿易	M384 Atlas Washer/タイタンスタッカー	50～3,000	126 プレート/h		74×56×61	37	595	精密コントロールにより様々なプレートに対応，最小限の残液量，スタッカー付フルオート
	マイクロプレートウォッシャー EL×50	〃			35×40×16.25	8.9	50	プログラムに従って行又は列毎に自動洗浄
バイオテック	オートミニウォッシャー AMW-3	0～3,000	1,000	30	27×49×24	12	80	マイクロプレート 8,12
	MW-96FR	〃	2,500	〃	21×29×31	9	82	低価格タイプ
〃	AMW-96SX	〃	5,000	85	44×49×26	27	280	全自動型
	セラウォッシャー AMW-192	50～500	〃	100	55×55×40	35	375	
〃	AMW-8	50～990			25×33×12	7	50	マイクロプレート 8
	MW-96 AR	〃			30×48×25.1	20	140	
〃	〃 -96 CR	〃			〃	25	185	ノズルツマリ防止機能付き
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ノバパス 1575 マイクロプレートウォッシャー	0～10 μL 毎に制御	プログラムによる	100	33×53×20	9.6	88	クロスワイズ機能搭載

57. 廃棄物処理装置

会社名	商品名 型式名	処理対象	処理時間	滅菌の方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			h/工程		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ムゲンシステム	油化装置	医療廃棄物	10	乾熱滅菌	15 kW/hr	800×600×600	5000	6,000	再生油製造
	溶融装置	〃	〃	溶融	50 kW/hr	〃	8000	5,000	ゴミゼロ自己定結

58. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アイディエス	分注チップ整列装置 AT-4000 シリーズ	洗浄したディスポチップを，ラックに１本づつ整列する装置	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	現在ご使用のラックにセットする事も可能ですので，お問合せ下さい。
	サンプルチューブ整列装置 ATF-3000 シリーズ	洗浄したディスポチューブを，ラックに１本づつ整列する装置	〃	〃	〃	〃	〃
〃	試験管ナンバリング装置 SNS シリーズ	採血管のバーコードを読み取り，必要な情報を直接インクジェットプリンターにて採血管へ印字し，仕分け搬出する装置	〃	〃	〃	〃	数字以外にも，記号，漢字等が印字可能です
	自動開栓装置 ACO シリーズ・TSD シリーズ	検体の到着確認，開栓，仕分け搬出が行える装置	〃	〃	〃	〃	ゴム栓タイプ=ACO シリーズ シール栓タイプ=TSD シリーズ
〃	検体自走車	搬送ラインの問題点である動線問題を解決する搬送装置	〃	〃	〃	〃	
	仕分装置	検体仕分業務を自動化する装置	〃	〃	〃	〃	
アキュレックス	エアジェット付きディスペンサー DCI-210	メンブレン上にラインもしくはドットの試薬を均一に塗布	110 V	60×41×54.8			ZETA CORPORATION 製 (韓国メーカー)
	メンブレン&吸収パッド用ラミネーター LCI-300	用意された台紙にメンブレンと吸収パッドを正確に張り合わせる	〃	125×41×95	70		〃
〃	ロータリースリッター RCI-300	イムノアッセイカードを高速かつ正確に裁断し，ストリップを作製	〃	68.2×41×36.5	86		〃
	ギロチンカッター GCI-800	ギロチンタイプの刃で様々な種類のイムノアッセイカードを裁断し，ストリップを作製	〃	40×30×26	20		〃
〃	XYZ ディスペンサー DMM-1002	バイオセンサーやバイオチップの試験生産及び開発用の多機能ディスペンサー装置	〃	80×80×80	70		〃
	シートカッター GSI-600	サンプルパッド，吸収パッド等のシートを設定された寸法にカット	〃	83×53×42	60		〃
アラム	CPC カップリング	サンプリングや分析するものの注入や試薬の補充する配管システムにおいて接続，切りはなしをワンタッチで確実に行なうことが出来るカップリングです					
アロカ	ルミネッセンスリーダ AccuFLEX Lumi 400	生物化学発光測定装置(活性酸素，ATP，白血球貪食能などの測定)	約 100	本体約 26×36×25 分注ユニット約 16×20×20	約 10 約 4.3	168	
	抗酸化能測定キット　ラジカルキャッチ/BLR-ALBI-01	食品・飲料・素材などの抗酸化能を測定するためのキット．化学発光法による「高感度で迅速な」測定が可能		約 13×9×6		5	100 テスト/箱
〃	ゼオライトマスク/MSK-TYPEGS 4N	抗菌・消臭・保湿サポート機能をもつゼオライトシート GAIACOT を第１層に採用し，マスク表面の細菌・ウイルスの移動リスクを低減した高機能マスク		約 9×17.5(1 枚) 約 27×24×37(1 ケース)		4.4	20 枚入り/箱 10 箱入り/1 ケース(200 枚)
GE ヘルスケア・ジャパン	イムノポア Immunopore™	感度を要求するアッセイに最適なメンブレン					
	プリマ Prima™	迅速に感度を得るためのメンブレン					
〃	フュージョン 5	イムノクロマトキットに必要な５つの機能を有したフィルタ					
	スタンダードシリーズ	放出量と速度を自在に調整でき，至適条件作りが可能なコンジュゲートパット					
〃	Rapid シリーズ	コーティング処理済みの使いやすいコンジュゲートパット					
	血球分離フィルタ	分離モード別の優れたフィルタ					
〃	吸水パット	目的に合った吸水量・速度，およびコンジュゲートの逆流を防止します					
	サンプル採取紙	血液などの検体を採取・保存するのに最適です					

〃	FTA 製品	血液等から DAN 分離・精製・保存・輸送が室温で可能です					
	サイクロポア	薬剤徐放用途やバイオセンサーなどに					
〃	医療用デバイスフィルタ	バクテリア除去・加湿用途などに					
	FAST スライド	プロテインアレイ作製に最適のスライドグラスです．3次元構造を持ったニトロセルロースがコーティングされております					
〃	ELISA アッセイ用プレート	フィルタ内蔵のアッセイ用プレートです．高速高感度アッセイを実現します					
3Rプロデュース	Sotto Touch ワンプッシュコネクター	軽く押すだけでスーッと閉められ，軽くひねるだけでフワッと開けられる．検体容器などに最適．					特許技術により，仕様に応じます
セントラル科学貿易	ディスポ製品	高品質ディスポ製品をリーズナブルな価格で提供． （ピペットチップ，テストチューブ，スポイト，白金耳）					
Dynal／ベリタス	Dynabeads-MyOne™ シリーズ	粒径が1μmの超常磁性ポリマービーズ，表面にカルボキシル基，トシル基，ストレプトアビジンが結合した3種類の製品をラインナップ．					
	〃 -M280, M270 〃	粒径が2.8μmの超常磁性ポリマービーズ，表面にカルボキシル基，トシル基，アミノ基，エポキシ基，ストレプトアビジン，Protein A/G の結合した製品をラインナップ．					
〃	〃 -M450 Epoxy	粒径が4.5μmの超常磁性ポリマービーズ．表面にエポキシ基を有しています．					
	Dynabeads MyOne SILANE	粒径が1μmの超常磁性ポリマービーズ． 表面をSILANE基で修飾しており，核酸抽出に最適．					
テクノメディカ	PIS 患者認識システム	PIS は「患者さんの取り違い」による医療過誤の防止を主眼とした患者認識システムです．バーコード化された患者特定情報を PIS 携帯端末を利用して患者とオーダー内容を処置前に照合確認することで，確実かつ正確な医療業務の遂行を支援します．患者基本情報表示をはじめ，投薬確認，輸血確認，手術予定確認，検査予定確認，投薬材料準備確認など病院内のあらゆる部署での確認作業と記録が可能です．					各施設に合わせたシステム構築が可能です．
日本ポール	血漿分離膜	全血を血漿に分離します．					
	タンパク質 固定化メンブレン	高い比表面積を持ち，抗原，抗体その他タンパク質の固定を実現します．					
〃	コンジュゲートリリースパッド	新たにタンパク質非吸着タイプ，さまざまな厚さの高強度タイプ製品を揃えました．					
日本ミリポア	Hi-Flow Plus	イムノクロマトグラフィー用各種部材					

体外診断用医薬品

生化学（1）

会社名 / 項目名	アボットジャパン	アルフレッサファーマ	エイアンドティー	栄研化学	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	ベックマン・コールター・バイオメディカル	カイノス	関東化学	協和メデックス	極東製薬工業
AST(ALT)		JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠	JSCC 標準化	JSCC 標準化対応法，他 1	JSCC 対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応 液状試薬	JSCC 標準化対応法
ALP		〃	〃	〃	〃	〃 EAE バッファ	〃	〃	〃	〃
γ-GTP		〃	〃	〃	〃	IFCC 対応法	〃	〃	〃	〃
CHE				〃	チオコリン法/ヨウ化ブチリルチオコリン法	JSCC 対応法	〃	〃	P-ヒドロキシベンゾイルコリン 液状試薬	〃
LDH		JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠	〃	JSCC 標準化対応法，他 1	IFCC 対応法	〃，他 1	〃	JSCC 標準化対応液状試薬，他 1	〃
TP		ビウレット法		ビウレット法	ビューレット法	ビューレット法	ビウレット法	ビューレット法(2 試薬系)	ビウレット法	ビウレット法
Alb		BCG 法		BCG 法/BCP 改良法	BCG 法	BCG 法	BCP 法	BCP 改良法/BCG 法	BCG 法	BCG 法
T-Bil		酵素法		酵素法	ジアゾ法	ジアゾ法 酵素法	酵素法	酵素法(ユニチカ)		
D-Bil		〃		〃			〃	〃		
TBA							酵素サイクリング法			
NH_3					アンモニア指示薬法			酵素サイクリング法		
AMY		GAL-G5-4NP 法	G3-CNP 法	JSCC 標準化	色素アミロペクチン法	E-G7-PNP 基質法	G3-CNP 法	JSCC 標準化対応法	Gal-G2-CNP 法 液状試薬	JSCC 標準化対応法
リパーゼ		カラーレイト合成基質法					カラーレート法		DGGMR 基質液状試薬	
ACP					α-ナフチルリン酸法					
CK		JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠	JSCC 標準化	JSCC 標準化対応法，他 1	JSCC 対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応 液状試薬	JSCC 標準化対応法
LCAT		酵素法								
LAP				L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法		L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法	L-ロイシン・PNA 基質法，他 2	Lue-PNA 基質法	GSCC 標準化対応液状試薬，他 1	L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法
3-HB							酵素サイクリング法			
TKB							〃			
AMY アイソザイム				免疫阻害法/P-AMY				免疫阻害法	免疫阻害法 Gal-G2・CNP 法 液状試薬	
LDH アイソザイム		ジアホラーゼ・NTB 法								
CK アイソザイム	MEIA 法 CLIA 法	免疫阻害法		EIA/免疫阻害法/P-AMY	免疫阻害法 CK-MB, CLEIA 法			免疫阻害法	化学発光イムノアッセイ法	
シアル酸							カラーエンド法			
UN		酵素法	酵素法	ウレアーゼ/GLDH 法	ウレアーゼ・アンモニア指示薬法	ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ UV 法 アンモニア消去法	ウレアーゼ LED 回避法	ウレアーゼ・GLDH 法 液状試薬，他 1	GLDH 法
UA		〃	〃	ウリカーゼ/POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ POD 法	ウリカーゼ・POD 法 液状試薬	ウリカーゼ・POD 法
CRE		〃	〃	酵素法	酵素法	酵素法	酵素法	酵素法	ザルコシンオキシダーゼ法 液状試薬	ザルコシンオキシダーゼ法

CR							〃			
シスタチンC		金コロイド比色法		LIA						ラテックス比濁法
Glu			GOD固定化酵素膜電極法	ヘキソキナーゼG6PD法	GOD・POD色素法	ヘキソキナーゼ・G6PDH法	ヘキソキナーゼUV法	ブドウ糖脱水素酵素法	GLck-NADPHUV法 液状試薬	HK-G-6-PDH法
HbA_{1c}				HPLC	免疫阻害比濁法	ラテックス凝集反応法			ラテックス免疫法	
1,5 AG							酵素法		AG6P-DH, DIP(ホルマザン)液状試薬	
U-GL							ブドウ糖脱水素酵素法			
GA									酵素法 液状試薬 糖化アミノ酸消去	
乳酸					乳酸酸化酵素POD色素法				LAOD-POD法	
ピルビン酸									PAOD-POD法	
ALD		UV・酵素法								
TG		酵素法	酵素法	酵素法/遊離グリセロール消去法	酵素法	CHOD/PAP法	酵素法(グリセロール消去法)	グリセロール消去酵素比色法	FG消去法 酵素法 液状試薬	酵素法
PL		〃		酵素法			酵素比色法		PLD-POD法 液状試薬	〃
NEFA		〃		〃					ACS-ACO-POD高感度発色剤BCMA	
T-CHO		〃	酵素法	〃	COE・COD・POD色素法	CHOD/PAP法	コレステロール酸化酵素比色法	コレステロール酸化酵素法	CHER-CHOD-POD液状試薬	酵素法
F-CHO				〃			酵素法		CHOD・POD液状試薬	
HDL							非沈殿操作法			
HDL-CHO			直接法	直接法	直接法			酵素直接法	直接法	直接法
LDL							非沈殿操作法			
LDL-CHO			直接法	直接法	比色法			酵素直接法	直接法	直接法
Na			イオン選択電極法		ISE直接法					
K			〃		〃					
Cl			〃		〃					
HCO_3					酵素法					
Ca		OCPC法		酵素法	アルセナゾIII色素法	OCPC法	アルセナゾIII法	クロロホスホナゾIII比色法/OCPC法		
Mg		マグノレッド法			色素法	キシリジルブルー法	酵素法	キシリジルブルー法	GK-GGPDH UV法 液状試薬	
IP				酵素法	リンモリブデン酸比色法	モリブデン酸直接法	〃	酵素法	PNP-XOD-POD液状試薬	酵素法
Fe				Nitroso-PSAP法	アゾピリジン色素法	ニトロソ-PSAP法	ニトロソ-PSAP法	Nitroso-PSAP法	ニトロソ-PSAP法 液状試薬	Nitroso-PSAP法
UIBC				〃		〃	〃	〃	〃	〃
尿中微量アルブミン				LIA	免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁法		免疫比濁法

生化学（2）

会社名 / 項目名	シーメンスHCD-1	シーメンスHCD-2	シスメックス	常光	積水メディカル	デンカ生研	東芝メディカルシステムズ	東ソー	ニットーボーメディカル	ニプロ
AST(ALT)	IFCC標準化対応法	IFCC法/JSCC法準拠	JSCC標準化対応法		JSCC勧告法準拠	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法		JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法
ALP	〃	〃	〃		〃	〃	〃		〃	
γ-GTP	〃	IFCC法準拠	〃		γ-グルタミルCNA基質法	〃	〃		〃	JSCC標準化対応法
CHE	プロピオニルチオコリン基質法	グチリルチオコリン法/ヨウ化メチルチオコリン	DMBT法		3, 4-ジヒドロキシベンゾイルコリン基質法	〃	合成基質法		〃	ベンゾイルコリン基質法
LDH	L→P UV法	Wacker変法/JSCC法準拠	JSCC標準化対応法，他1		JSCC勧告法準拠	〃	JSCC標準化対応法		〃	JSCC標準化対応法
ADA						UV-Rate法			UV-Rate法	
TP	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法
Alb	BCG法	BCP法	BCG法		BCG法	BCG法	BCG法		BCP改良法/BCG法	BCG法 BCP法
T-Bil	ジアゾ法	ジアゾ法/バナジン酸法	酵素法，他1		アゾビリルビン法	酵素法	亜硝酸酸化法		亜硝酸酸化法	安定化ジアゾニウム法
D-Bil			〃							
胆汁酸及び分画					酵素サイクリング法					
NH_3		GLDH・UV法					酸素法		UV法	
AMY	G3-CNP法	G3CNP法	Gal-G5-PNP法		Gal-G2-CNP基質法	JSCC標準化対応法	合成基質法		ガラクトシル-G5-PNP法	Gal-G2-CNP法
P-AMP									免疫阻害法	
ACP		TMP基質法							DCAP-P基質法	
CK	IFCC標準化対応法	Oliver-Rosalki変法/JSCC法準拠	JSCC標準化対応法		JSCC勧告法準拠	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法		JSCC標準化対応法	IFCC法
LCAT					真鍋・板倉法					
LAP		PNA基質法	PNA法，他2		L-ロイシルPNA基質法	L-Leucyl-P-NA法	合成基質法		L-ロイシル-P-アニリド法	
ALPアイソザイム				電気泳動による分画						
AMYアイソザイム			阻害抗体法，他1		Gal-G2-CNP基質法					
LDHアイソザイム			プロテアーゼ阻害法							
CKアイソザイム		免疫阻害法/EIA(マスCKMB) 化学発光法	阻害抗体法					EIA法 CK-MB	免疫阻害法，CK-MB	
UN	GLDH法	ウレアーゼ・GLDH法	Urease-GL-DH法		UV・レート法	ウレアーゼ・GLDH法	ウレアーゼ・GLDH法		ウレアーゼ・GLDH法	ウレアLeuDH法（ダブルカイネティック法）
UA	ウリカーゼ POD法	ウリカーゼ・UV法	ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法		酵素法	酵素法	ウリカーゼ・POD法		ウリカーゼ・POD法	ウリカーゼ・POD法
CRE	Jaffe法	ヤッフェ・レート法/酵素法	酵素法，他1		〃	酵素法：カラー法	酵素法		酵素法	酵素法
NAG							合成基質法		MPT-NAG基質法	

シスタチンC		NIA 法			ラテックス免疫比濁法			EIA 法	免疫比濁法（LA 法）	
Glu	ヘキソキナーゼ法	HK 法	HK 法		ヘキソキナーゼ法	HK-G6PD 法	HK-G6PD 法		ヘキソキナーゼ UV 法	HK，GLDH 法
HbA_{1c}		免疫学的方法	免疫比濁法		酵素法	ラテックス免疫凝集法		HPLC 法		
乳酸		酵素法							酵素法	
ALD					酵素法					
TG	酵素比色法	酵素法，グリセリン消去法	HK－UV 法，他 1		〃	酵素法	酵素法		酵素法（フリーグリセロール消去法）	LPL-GK-GPO-POD 酵素法
PL	酵素法	酵素法	PLD-POD 法		〃	〃	〃			フォスフォリパーゼ D 酵素法
NEFA			ACS－ACOP－SLEP 法		〃					
T-CHO	酵素法	酵素法	CDH－UV 法，他 1		〃	酵素法	酵素法		酵素法（POD 法）	COE－COD－POD 法
F-CHO			CDH-UV 法							
HDL-CHO	デキストラン硫酸 Mg 沈殿法	直接法	選択酵素阻害法		直接法	直接法	直接法		直接法	
LDL-CHO		〃	選択的保護法		酵素的測定法	〃	〃		〃	
Na	電極法	イオン選択性電極法	電極法				イオン選択電極法			
K	〃	〃	〃				〃			
Cl	〃，他 1	〃	〃				〃			
Ca	OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法		OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法		OCPC 法，CPZ-III法	アルセナゾ III 法
Mg	キシリジルブルー法	メチルチモールブルー法	酵素法		キシリジルブルー法	酵素法	酵素法		酵素法	
IP	モリブデン酸 UV 法	モリブデン酸 UV 法/酵素法	〃		フィスケ・サバロー変法	〃	〃		〃	酵素法
Fe	直接比色法	Ferene 法	ニトロソ-PSAP 法		フェロジン発色法		ニトロソ－PSAP 法		ニトロソ－PSAP 法	
UIBC			〃		〃		〃		〃	
TIBC		Ferene 法								
尿中マイクロトランスフェリン									免疫比濁法（LA 法）	
尿中微量アルブミン	免疫比濁法	NIA 法，TIA 法，PETINIA 法	免疫比濁法		ラテックス免疫比濁法	免疫比濁法			免疫比濁法（TIA 法）	
尿中ミオイノシトール					酵素サイフリング法					

生化学（3）

会社名 / 項目名	三菱化学メディエンス	ミズホメディー	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業						
AST(ALT)	JSCC標準化対応法		JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応，他1						
ALP	〃	JSCC標準化対応法	〃	〃						
γ-GTP	〃	〃	〃	〃						
CHE	BTC－DTNB法		〃	〃						
LDH	JSCC標準化対応法		〃	〃						
ADA		UV・RATE法								
TP	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法						
Alb	BCG法	BCG法	BCG法，BCP改良法	BCG法，改良BCP法						
T-Bil	酵素法		酵素法	パナジン酸法						
胆汁酸及び分画				酵素法						
NH_3			酵素法	藤井奥田法変法						
AMY	B－G5－β－CNP法，他1	Gal-G2-CNP法	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応，他1						
エラスターゼ1	ラテックス免疫比濁法									
CK	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応，他1						
LAP		PNP基質法	GSCC準拠法	4NA						
AMYアイソザイム			免疫阻害法 P-AMY	免疫阻害法 P-AMY						
CKアイソザイム			免疫阻害法 CK-MB	免疫阻害法 CK-MB						
UN	ウレアーゼ・UV法，他1	ウレアーゼGLDH・KCDH NH_3消去法	酵素法	アンモニア消去法，他1						
UA	酵素法	ウリカーゼ・POD法	〃	ウリカーゼ・POD法						
CRE	〃	クレアチニナーゼPOD法	〃 /Jaffe法	酵素法，他1						
NAG			合成基質法	4HP-NAG基質法						
Glu	酵素法	HK・UV法	酵素法（HK/G6PDH法）	ヘキソキナーゼ・UV法，他1						
HbA_{1c}	〃		免疫阻害比濁法	免疫阻害比濁法						
ALD				UVレート法						
TG	酵素法	GK・G3POD法（グリセロール消去）	酵素法	グリセリン消去法，他1						
PL	〃	酵素比色法	〃	酵素法						

NEFA	〃			〃						
T-CHO	〃	コレステロールオキシダーゼ法	酵素法	〃						
HDL-CHO		化学修飾酵素法	化学修飾酵素法	選択消去法，他1						
LDL-CHO		選択的可溶化法	選択的可溶化法	〃						
Na			電極法	イオン選択電極法						
K			〃	〃						
Cl			〃	〃						
Ca	OCPC法	OCPC法	OCPC法	MXB法，他1						
Mg	酵素法		クロロホスオーナゾ法	酵素法，他1						
IP	〃	酵素法	モリブデン酸UV法	〃						
Fe	NPS法		ニトロソPSAP法	バソフェナントロリン法						
UIBC	〃		〃	〃						
Cu		DiBr-PAESA法								
尿中微量アルブミン	免疫比濁法，他1		免疫比濁法	免疫比濁法						

免疫血清（1）

会社名 / 項目名	アボット ジャパン	アルフレッサファーマ	医学生物学研究所	インバネス・メディカル・ジャパン	エイアンドティー	栄研化学	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	ベックマン・コールター・バイオメディカル	カイノス	関東化学
IgG						LIA 法 TIA 法	免疫比濁法	TIA 法	免疫比濁法	
IgA						〃	〃	〃	〃	
IgM						〃	〃	〃	〃	
IgD						LIA 法		〃		
IgE	MEIA 法					LIA 法 EIA 法		〃	EIA 法	
C 3・C 4						LIA 法 TIA 法	免疫比濁法	〃	免疫比濁法	
SAA						LIA 法				
Hbt						〃				
α_1AG						〃				
α_1AT						〃	免疫比濁法			
α_1M						〃				
Tf						〃	免疫比濁法			
ミオグロビン	MEIA 法 CLIA 法					EIA 法	CLEIA 法		EIA 法	ラテックス免疫比濁法
ミオシン									〃	
トロポニン I	CLIA 法					EIA 法	CLEIA 法			
CRP			ラテックス凝集法		LIA 法	LIA 法	免疫比濁法	ラテックス法	ラテックス免疫比濁法　免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法
フェリチン	MEIA 法 CLIA 法	金コロイド凝集法				EIA 法 LIA 法 CLEIA 法	CLEIA 法		EIA 法	
β-Lipo						TIA 法		TIA 法	免疫比濁法	
Lp(a)						LIA 法				
ApoA-I						TIA 法	免疫比濁法			
〃 -II						〃				
ApoB						〃	免疫比濁法			
ApoC-II						〃				
〃 -III						〃				
ApoE						〃				
β_2-M	MEIA 法				LIA 法	EIA 法 LIA 法			EIA 法	

インスリン	〃 CLIA 法					〃			〃	ラテックス免疫比濁法
C-ペプチド	CLIA 法					EIA 法			〃	
LH	MEIA 法 CLIA 法			イムノクロマト法		〃	CLEIA 法		〃	イムノクロマト法
FSH	〃					〃	〃		〃	
プロラクチン	〃					〃	〃		〃	
TSH	〃					EIA 法 ELISA 法	〃		EIA 法 CLEIA 法	
T_3・T_4	〃					EIA 法	〃		EIA 法	
FT_3・FT_4	〃					EIA 法 ELISA 法	〃		EIA 法 CLEIA 法	
T_3U							〃			
TgAb・TPOAb			ELISA 法			EIA 法			ELISA 法	
TPAb	CLIA 法 FPIA 法									
コルチゾール	CLIA 法					EIA 法	CLEIA 法		EIA 法	
17-OHP						ELISA 法				
プロゲステロン	MEIA 法 CLIA 法					EIA 法	CLEIA 法			
テストステロン	CLIA 法					〃	〃			
hCG				イムノクロマト法		LIA 法 EIA 法 用手法			EIA 法	イムノクロマト法
β-hCG	MEIA 法 CLIA 法					EIA 法	CLEIA 法			
E_2	〃					〃	〃			
E_3						LIA 法				
hPL						〃				
BNP	CLIA 法					EIA 法				
NT-$_{pro}$BNP							CLEIA 法			
HGH						EIA 法				
梅毒反応	CLIA 法			イムノクロマト法	LIA 法	LIA 法 CLEIA 法 用手法	イムノクロマト法		ラテックス免疫比濁法，TPLA 法，CLEIA 法	
クラミジア (Ag・Ab)			ELISA 法	〃					ELISA 法	イムノクロマト法
ASO						LIA 法		ラテックス法	ラテックス免疫比濁法，免疫比濁法	
HA (AD)	MEIA 法 CLIA 法									
HBs(Ag・Ab)	〃			イムノクロマト法		EIA 法 CLEIA 法	CLEIA 法，他		CLEIA 法	
HBe(〃)	〃					EIA 法	〃			

HBcAb	〃					〃	〃			
HBcIgMAb	MEIA 法 CLIA 法 RIA 法						〃			
HAVIgMAb	MEIA 法 CLIA 法						〃			
HCV(Ag)						CLEIA 法	〃			
HCV(Ab)	MEIA 法 CLIA 法 PHA 法					EIA 法 CLEIA 法	CLEIA 法 IRMA 法，他 4		CLEIA 法	
HIV(Ab)	MEIA 法 イムノクロマト法			イムノクロマト法			CLEIA 法			
AFP	MEIA 法 CLIA 法	金コロイド比色法				EIA 法	〃		EIA 法 CLEIA 法	
CEA	〃					〃	〃		〃	
SCC	〃									
NSE						RIA 法				
PAP						EIA 法 RIA 法				
PSA	MEIA 法 CLIA 法					EIA 法 ELISA 法	CLEIA 法		EIA 法 CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法
FPSA	〃					EIA 法				
γ-Sm			ELISA 法						EIA 法	
CA 19-9	MEIA 法 CLIA 法					EIA 法 CLEIA 法	CLEIA 法		〃	
CA 15-3	MEIA 法 CLIA 法					EIA 法	〃			
CA 125	〃					EIA 法 CLEIA 法	〃			
ペプシノーゲン I	CLIA 法					LIA 法 ELISA 法 CLEIA 法			EIA 法	ラテックス免疫比濁法
〃 II	〃					〃			〃	〃
RF			ラテックス凝集法 ELISA 法			LIA 法		TIA 法	ラテックス免疫比濁法　免疫比濁法	免疫比濁法
Strep A				イムノクロマト法						
インフルエンザ				〃						
肺炎球菌				〃						
レジオネラ				〃						
NTx				EIA						
抗核抗体			ELISA 法 間接蛍光抗体法						Hap II ELISA 法	
抗ミトコンドリア抗体			〃							
抗 LKM-1 抗体			〃							
抗 Dsg 抗体			ELISA 法							

抗リン脂質抗体			〃			LIA 法				
ANCA			ELISA 法 間接蛍光抗体法							
H・pylori 抗体		ELISA 法				ELISA 法 CLEIA 法			EIA 法	
糞便ヘモグロビン(便潜血)		金コロイド比色法		イムノクロマト法		LIA 法				
NMP 22				EIA						

免疫血清（2）

会社名 / 項目名	協和メデックス	極東製薬工業	シーメンス HCD -1	シーメンス HCD -2	シスメックス	常光	積水メディカル	デンカ生研	東芝メディカルシステムズ	東ソー
IgG			免疫比濁法	NIA 法，TIA 法	免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁法		
IgA			〃	〃	〃		〃	〃		
IgM			〃	〃	〃		〃	〃		
IgE	化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法	CLEIA 法 NIA 法	PCIA 法			ラテックス凝集法	LIA 法	EIA 法
特異 IgE			〃							
C 3・C 4			免疫比濁法	NIA 法 TIA 法	免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁法		
ミオグロビン	化学発光イムノアッセイ法	ラテックス比濁法	CLIA 法	NIA 法 TIA 法 化学発光法				ラテックス凝集法		EIA 法
トロポニン I	〃		〃	EIA 法 化学発光法						〃
トロポニン T	〃									
CRP	免疫比濁法	ラテックス比濁法	免疫比濁法	NIA 法，TIA 法 LA 法	ラテックス凝集法，他 1		ラテックス免疫比濁法	ラテックス凝集法	LIA 法	
フェリチン	化学発光イムノアッセイ法	〃	CLEIA 法	NIA 法 CLEIA 法 EIA 法，化学発光法	EIA 法 PCIA 法			〃	〃	EIA 法
β-Lipo				TIA 法	免疫比濁法		ヘパリン比濁法			
Lp(a)				NIA 法			免疫比濁法	ラテックス凝集法		
RLP-C	直接法									
ApoA-Ⅰ				NIA 法			免疫比濁法			
〃 -Ⅱ				〃			〃			
ApoB				〃			〃			
ApoC-Ⅱ							〃			
〃 -Ⅲ							〃			
ApoE				NIA 法		等電点電気泳動アイソホーム法	〃			

LPL							EUSA 法			
β_2-M	ラテックス凝集積分球濁度法	ラテックス比濁法	CLEIA 法	NIA 法 CLEIA 法	PCIA 法			ラテックス凝集法		EIA 法
インスリン	化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法	CLEIA 法	EIA 法 PCIA 法					〃
C-ペプチド	〃		〃	〃						〃
GH										〃
LH	化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法	CLEIA 法						〃
FSH	〃		〃	〃						〃
プロラクチン	〃		〃	〃						〃
TSH	〃		〃	CLEIA 法 EIA 法 化学発光法	CLEIA 法					〃
T_3・T_4	〃		〃	CLEIA 法 EIA 法						〃
FT_3・FT_4	〃		〃	CLEIA 法 EIA 法 化学発光法	CLEIA 法					〃
T_3U	〃									
TgAb・TPOAb	〃		CLIA 法							EIA 法
抗 TPO			〃							
インタクト PTH			〃	CLEIA 法						EIA 法
コルチゾール	化学発光イムノアッセイ法		〃							〃
カテコールアミン										HPLC 法
プロゲステロン	化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法							EIA 法
テストステロン	〃		〃							〃
hCG			〃							〃
β-hCG				EIA 法 化学発光法						〃
E_2	化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法							〃
E_3										
BNP	化学発光イムノアッセイ法						イムノクロマト法			EIA 法
梅毒反応		ラテックス比濁法		EIA 法，NIA 法 CLEIA 法	EIA 法，RPHA 法 PCIA 法，CLEIA 法					
クラミジア (Ag・Ab)	EIA，プレート法	ELISA 法			直接蛍光抗体法					
ASO		ラテックス比濁法		NIA 法，TIA 法 LA 法	ラテックス凝集法			ラテックス凝集法	LIA 法	
HBs (Ag・Ab)	化学発光イムノアッセイ法	〃	CLIA 法	EIA 法 CLEIA 法	EIA 法 PCIA 法 CLEIA 法					EIA 法
HBe (〃)	〃			〃	〃					〃

HBcAb	〃		CLIA 法	〃	〃					〃
HBcIgMAb	〃		〃	EIA 法						
HCV(Ab)			〃		EIA 法 PCIA 法 CLEIA 法					EIA 法
HIV(Ab)				EIA 法	PCIA 法 CLEIA 法					
HTLV-1					〃					
AFP	化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法	CLEIA 法	EIA 法 PCIA 法 CLEIA 法			ラテックス凝集法	LIA 法	EIA 法
CEA	〃		〃	〃	〃					〃
HER-2/neu			〃			FISH 法				
NSE				CLEIA 法						
PAP										EIA 法
PSA	化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法	CLEIA 法 EIA 法	EIA 法 PCIA 法 CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法			〃
F-PSA				EIA 法						〃
CPSA	化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法							
CA 19-9	〃		〃	CLEIA 法	EIA 法					EIA 法
DU-PAN 2	EIA・プレート法									
CA 15-3	化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法							EIA 法
CA 125	〃		〃	CLEIA 法						〃
ペプシノーゲン I	EIA・プレート法									
〃 II	〃									
RF		ラテックス比濁法		EIA 法，NIA 法 CLEIA 法	ラテックス凝集法，他 1			ラテックス凝集法	LIA 法	
抗酸菌抗体	EIA・プレート法									
H・pylori 抗体			EIA 法	CLEIA 法	ウレアーゼ法		ラテックス凝集法			
糞便ヘモグロビン(便潜血)	ラテックス免疫法		MPA 法		ラテックス法					
MMP-3							ラテックス免疫比濁法			
アデノウィルス							イムノクロマト法			
インフルエンザ							〃			
ストレップ A							〃			

免疫血清（3）

会社名 / 項目名	日水製薬	ニットーボーメディカル	ニプロ	ファディア	富士レビオ	ミズホメディー	三菱化学メディエンス	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業	
IgG		免疫比濁法(TIA 法)					免疫比濁法	免疫比濁法	TIA 法	
IgA		〃					〃	〃	〃	
IgM		〃					〃	〃	〃	
IgE	EIA 法	〃			CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	電気化学発光法	LIA 法，他 2	
特異 IgE					EIA 法				EIA 法	
C 3・C 4		免疫比濁法(TIA 法)					免疫比濁法	免疫比濁法	TIA 法	
Hpt		〃						〃		
α_1AG		〃								
α_1AT		〃								
Tf		〃	免疫比濁法					ラテックス凝集比濁法		
ミオグロビン	EIA 法 蛍光免疫法						ラテックス免疫比濁法，CLEIA 法	電気化学発光法	LIA 法	
トロポニン I	EIA 法						CLEIA 法			
トロポニン T								電気化学発光法		
CRP	LIA 法 蛍光免疫法	免疫比濁法(TIA 法，LA 法)	ラテックス免疫比濁法		EV-FIA 法	免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法，他 1	ラテックス凝集法	LIA 法，他 1	
フェリチン	EIA 法	免疫比濁法(LA 法)			CLEIA 法		〃	電気化学発光法	CLEIA 法，他 1	
β-Lipo						ヘパリンカルシウム比濁法	免疫比濁法		TIA 法	
Lp(a)		免疫比濁法(TIA 法)			免疫比濁法				〃	
ApoA-I		〃							〃	
〃 -II		〃							〃	
ApoB		〃			CLEIA 法(48)				〃	
ApoC-II		〃							〃	
〃 -III		〃							〃	
ApoE		〃							〃	
β_2-M	EIA 法	免疫比濁法(LA 法)			CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 2	ラテックス凝集法	CLEIA 法，他 1	
インスリン	〃				〃		〃 他 1	電気化学発光法	〃	
C-ペプチド	〃				〃			〃	〃	

GH	〃						CLEIA 法			
ACTH							CLEIA 法 RIA 法	電気化学発光法		
LH	EIA 法 蛍光免疫法		定性，金コロイドクロマト法		CLEIA 法	イムノクロマト法	CLEIA 法	〃	CLEIA 法	
FSH	〃				〃		〃	〃	〃	
プロラクチン	〃				〃		〃	〃	〃	
TSH	EIA 法				〃		FIA 法，他 1	〃	〃	
T_3・T_4	〃						CLEIA 法	〃	〃	
FT_3・FT_4	〃				CLEIA 法		FIA 法，他 1	〃	〃	
Tg								〃		
TgAb・TPOAb	EIA 法				CLEIA 法		CLEIA 法	〃		
抗 TPO							〃	〃		
TRAb								〃		
PTH									CLEIA 法	
インタクト PTH	EIA 法							電気化学発光法	〃	
コルチゾール	〃						CLEIA 法	〃		
プロゲステロン	EIA 法 蛍光免疫法				CLEIA 法		〃	〃		
テストステロン	EIA 法				〃		〃	〃		
hCG	EIA 法 蛍光免疫法		定性，金コロイドクロマト法			イムノクロマト法	ラテックス免疫比濁法，他 1	〃		
β-hCG	EIA 法				CLEIA 法		CLEIA 法	〃		
E_2	EIA 法 蛍光免疫法				〃		〃	〃		
hPL							ラテックス免疫比濁法，他 1			
BNP	EIA 法						CLEIA 法			
NT-proBNP								電気化学発光法	CLEIA 法	
エストロジエン							ラテックス免疫比濁法，他 1			
梅毒反応	蛍光免疫法				CLEIA 法，PA 法，HA 法，イムノクロマト法	イムノクロマト法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス凝集法	LIA 法，他 1	
クラミジア (Ag・Ab)					DNA プローブ法		EIA 法			
ASO	LIA 法	免疫比濁法 (LA 法)			PA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	ラテックス凝集法	LIA 法	
HA (Ab)					CLEIA 法			電気化学発光法		
HAVIgMAb								〃		

HBs(Ag・Ab)	EIA 法				CLEIA 法，イムノクロマト法	イムノクロマト法	TR-FIA 法，他 1	〃	CLEIA 法	
HBe(〃)	蛍光免疫法 EIA 法				CLEIA 法			〃	〃	
HBcAb	〃				〃			〃		
HBcIgMAb					〃			〃		
HBcrAg					〃					
HCV(Ag)	蛍光免疫法(Ab)						ラテックス免疫比濁法(Ab)			
HIV					PA 法					
ATL					CLEIA 法， PA 法，WB 法					
AFP	EIA 法				CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	電気化学発光法	CLEIA 法，他 1	
AFP-L 3 %									LBA 法	
PIVKA-II									〃	
CEA	EIA 法				CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	電気化学発光法	CLEIA 法，他 1	
HER-2/neu										
NSE								電気化学発光法	CLEIA 法，他 1	
PAP	EIA 法	免疫阻害法					CLEIA 法		〃	
PSA	〃				CLEIA 法		〃	電気化学発光法		
FPSA	〃							〃		
CA 19-9	〃				CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法	〃	CLEIA 法	
DU-PAN 2							CLEIA 法			
CA 15-3	EIA 法				CLEIA 法		〃	電気化学発光法		
CA 125	〃				〃			〃	CLEIA 法	
CA 72-4								〃		
CYFRA								〃		
ペプシノゲン					CLEIA 法				CLEIA 法	
PCT								電気化学発光法	〃	
Pro-GRP					CLEIA 法				〃	
RF	LIA 法	免疫比濁法 (TIA 法，LA 法)					ラテックス免疫比濁法，他 1	ラテックス凝集法	LIA 法	
H・pylori 抗体						イムノクロマト法			CLEIA 法	
プレアルブミン		免疫比濁法 (TIA 法)	免疫比濁法					ラテックス凝集法	TIA 法	

糞便ヘモグロビン(便潜血)					磁性粒子凝集反応，HA 法	イムノクロマト法			金コロイド比色法(免疫法)	
RBP		免疫比濁法(LA 法)								
抗 dsDNA 抗体				FEIA 法						
抗 U1RNP 抗体				〃						
抗 Sm 抗体				〃						
抗 SS-A 抗体				〃						
抗 SS-B 抗体				〃						
抗 Jo-1 抗体				〃						
抗 CENP-B 抗体				〃						
抗 Scl-70 抗体				〃						

血液凝固・線溶（1）

会社名 / 項目名	エイアンドティー	栄研化学	カイノス	協和メデックス	極東製薬工業	シスメックス	積水メディカル	シーメンスHCD	日水製薬	ニットーボーメディカル
PT	凝固時間法			凝固時間法		凝固時間法	凝固時間法			
PTT	〃					〃				
APTT				凝固時間法			凝固時間法			
トロンボテスト	凝固時間法					凝固時間法	〃			
ヘパプラスチンテスト	〃					〃	〃			
プロテインC						合成基質法	合成基準法			
プロテインS										
ATIII		LIA 法				合成基質法	合成基準法	NIA 法	蛍光免疫法	合成基質法 TIA 法
α_2PI						〃	〃			合成基質法
PLG						〃	〃	NIA 法		合成基質法 TIA 法
FDP-T		LIA 法	ラテックス免疫比濁法		ラテックス比濁法	ラテックス凝集比濁法	ラテックス比濁法		蛍光免疫法	
FDP-E										
D-D ダイマー			ラテックス免疫比濁法		ラテックス比濁法	ラテックス凝集比濁法，他1	ラテックス比濁法		蛍光免疫法	
P-FDP			〃	血漿中 FDP 測定	〃	〃			〃	
Fbg	凝固時間法	LIA 法		トロンビン時間法		トロンビン時間	凝固時間法	NIA 法		免疫比濁法
TAT						EIA 法		EIA 法		
PIC						〃 ，他1	ラテックス比濁法		蛍光免疫法	
SF							〃			
第II凝固因子						凝固時間法	凝固時間法			
第V凝固因子						〃	〃			
第VII凝固因子						〃	〃			
第VIII凝固因子						〃	〃			
第IX凝固因子						〃	〃			
第X凝固因子						〃	〃			
第XI凝固因子						〃	〃			
第XII凝固因子						〃	〃			

第XIII凝固因子			ラテックス免疫比濁法							
複合因子						凝固時間法				
ヘパリン						合成基質法	合成基質法			
F 1+2								EIA 法		
FMC									蛍光免疫法	

血液凝固・線溶（2）

会社名 / 項目名	ニプロ	三菱化学メディエンス	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業						
PT		凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法						
APTT		〃	〃	〃						
トロンボテスト		〃		〃						
ヘパプラスチンテスト		〃		〃						
プロテインC		ラテックス免疫比濁法，他1	合成基質法 凝固時間法							
プロテインS		ラテックス免疫比濁法	凝固時間法							
ATIII		ラテックス免疫比濁法，他1	合成基質法							
α_2PI		合成基質法	〃							
PLG		〃	〃							
FDP-T		ラテックス免疫比濁法								
FDP-E	ラテックス凝集法	〃	ラテックス免疫凝集比濁法							
D-D ダイマー	〃	〃 CLEIA 法	〃							
P-FDP	〃	ラテックス免疫比濁法	〃							
Fbg										
Fib		PT ベース法，他1	凝固時間法	凝固時間法						
TAT		TR-FIA 法 CLEIA 法								
PIC		ラテックス免疫比濁法，他1								
第II凝固因子		凝固時間法	凝固時間法							
第V凝固因子		〃	〃							
第VII凝固因子		〃	〃							

第Ⅷ凝固因子		〃	〃							
第Ⅸ凝固因子		〃	〃							
第Ⅹ凝固因子		〃	〃							
第Ⅺ凝固因子		〃	〃							
第Ⅻ凝固因子		〃								
第ⅩⅢ凝固因子	ラテックス凝集比濁法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法							
複合因子		凝固時間法	凝固時間法							
〃　TT			〃							
〃　HT			〃							
FMC		ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法							
ヘパリン		合成基質法								
FDP-U		ラテックス免疫比濁法								
vWF		〃	ラテックス免疫凝集比濁法							

血中薬物

会社名 / 項目名	アボット ジャパン	協和メデックス	シーメンス HCD -1	シーメンス HCD -2	積水メディカル	三菱化学メディエンス	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業		
N-アセチルプロカインアミド	FPIA 法			PETINIA 法			FPIA 法, HEIA 法			
アセトアミノフェン	〃			酵素加水分解法			酵素法			
アプリンジン	〃									
アミカシン	〃						KIMS 法			
アルベカシン	〃									
エタノール	〃			酵素法			酵素法	酵素法		
エトスクシミド				EMIT 法				EMIT 法		
カルバマゼピン	FPIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CLIA 法	〃 PETINIA 法	CEDIA 法 ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	FPIA 法 KIMS 法	〃		
キニジン	〃						FPIA 法			
ゲンタマイシン	〃	化学発光イムノアッセイ法	CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法			FPIA 法 KIMS 法	EMIT 法		
サリチル酸	〃			Trincler 応用法						
シクロスポリン	FPIA 法 CLIA 法			EMIT 法 ACMIA 法	CEDIA 法			EMIT 法		
ジソピラミド	FPIA 法			EMIT 法				〃		
ジギトキシン	〃			PETINIA 法	CEDIA 法 ラテックス免疫比濁法		KIMS 法			
ジゴキシン	FPIA 法, MEIA 法, CLIA 法	化学発光イムノアッセイ法	EIA 法 CLIA 法	EMIT 法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	〃	EMIT 法		
タクロリムス	MEIA 法, CLIA 法			EMIT 法 ACMIA 法				〃		
テオフィリン	FPIA 法, CLIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法	CEDIA 法 ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	FPIA 法 KIMS 法	〃		
トブラマイシン	FPIA 法			〃			FPIA 法 HEIA 法			
バルプロ酸ナトリウム	FPIA 法, CLIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CLIA 法	〃	CEDIA 法 ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	〃	EMIT 法		
バンコマイシン	〃	〃	〃	PETINIA 法 EMIT 法			〃	〃		
フェニトイン	〃	〃	〃	EMIT 法 PETINIA 法	CEDIA 法 ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	FPIA 法 KIMS 法	〃		
フェノバルビタール	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
プリミドン	FPIA 法			EMIT 法			FPIA 法	〃		
プロカインアミド	〃			PETINIA 法			〃			
メトトレキサート	〃			EMIT 法				EMIT 法		
リドカイン	〃			EMIT 法 PETINIA 法			FPIA 法	〃		

リチウム							比色法			
VB_{12}		化学発光イムノアッセイ法					電気化学発光法			
葉酸		〃					〃			
ハロペリドール					CEDIA 法	金コロイド法				
ブロムペリドール					〃	〃				

その他・研究用試薬

会社名 項目名	積水メディカル									
遺伝子試薬	UGT1A1遺伝子多型，インベーダー法									
研究用試薬	CETP アディポネクチン UGT1A1*27									

自動分析装置専用試薬

自動分析装置専用試薬（1）

会社名 / 機種名	栄研化学		カイノス		エイアンドティー		オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス		関東化学		協和メデックス		積水メディカル		デンカ生研		ニットーボーメディカル		ニプロ	
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
504 X	42	13	31	3	14	4									30	19				
AutoVue Innova																				
VITROS 3600								34												
〃 5600							48	52												
〃 ECiQ								34												
〃 FS 5.1							48	18												
〃 350							〃													
〃 950																				
AU-5400	41	15	31	3	14	4			24	8	30	2	37	11	30	19	33	9	18	3
〃 -2700	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -680	〃	〃							〃	〃										
〃 -640	〃	〃	31	3	14	4			〃	〃	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
〃 -480																			〃	〃
〃 -400	41	15	31	3	14	4			24	8	30	2	37	11	30	19	33	28	〃	〃
TBA-60 R									〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9	〃	〃
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)	40	15	7						〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	28	〃	〃
〃 -M シリーズ			23	1					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9	〃	〃
〃 -80 FR(NEO)	41	15	28	14	14	4			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	28	〃	〃
〃 -200 FR	〃	10	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -120 FR	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
Accute	〃	〃	7						〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
ARCHITECT c 8000	〃	〃	28	14	14	4			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
JCA-RS シリーズ			23						〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9	18	3
〃 -HR シリーズ			〃						〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -BM シリーズ	41	26	31	3	14	4			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	28	〃	〃
コンポライズ 450			28	14													〃	〃	〃	〃

日立-7050			1	5					24	8	30	2	37	11	30	19	〃	〃		
〃 -7150	41	15	30	8					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	18	3
〃 -7170・7170 S	〃	〃	31	3					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -7250・7350・7450	33	2	23		14	4			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9	〃	〃
〃 -7060・7070	41	15	33						〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	28	〃	〃
〃 -7020	〃	〃		5					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -7600	〃	〃	31	3					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	P = 28 D = 9	〃	〃
〃 -7080	〃	〃	〃	〃					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	27	〃	〃
〃 -7180	〃	〃	〃	〃	14	4			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -7700	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -9000 シリーズ											22		〃	〃						
LABOSPECT	25	10							21	1	14		〃	〃		12	20	14		
COBAS INTEGRA 800													〃	〃						
〃 400 plus													35	4						
モジュラーアナリティクス											11		26	2						
9000 シリーズ																				

自動分析装置専用試薬（2）

会社名 / 機種名	ベックマン・コールター・バイオメディカル		三菱化学メディエンス		ミズホメディー		ロシュ・ダイアグノスティックス		和光純薬工業											
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
504 X																				
AutoVue Innova																				
VITROS ECiQ																				
〃 FS 5.1																				
〃 350																				
〃 950																				
AU-5400	37	8	30	14	22	1			27	12										
〃 -2700	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃	〃										
〃 -680	28	9							〃	〃										

〃 -640			30	14	22	1			〃	〃										
〃 -480	28	9							〃	〃										
〃 -400			30	14	22	1			〃	〃										
TBA-60 R			31	13	〃	〃														
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)			35	18	〃	〃			23	8										
〃 -M シリーズ			34	3	〃	〃														
〃 -80 FR(NEO)			31	18	〃	〃			23	12										
〃 -200 FR			〃	〃	〃	〃			27	〃										
〃 -120 FR			〃	〃	〃	〃			〃	〃										
Accute			〃	〃	〃	〃			23	8										
ARCHITECT c 8000			〃	〃																
TBA c 8000									27	12										
〃 c 16000									〃	〃										
JCA-RS シリーズ			30	10	22	1														
〃 -HR シリーズ			〃	5	〃	〃														
〃 -BM シリーズ			31	11	〃	〃			27	12										
コンポライズ 450																				
日立-7050			33	15	22	1														
〃 -7150			34	16	〃	〃			14	12										
〃 -7170・7170 S			31	19	〃	〃			26	〃										
〃 -7250・7350・7450			32	11	〃	〃			12	2										
〃 -7060・7070			31	17	〃	〃			24	12										
〃 -7020			24	12	〃	〃			16	1										
〃 -7600			35	19	〃	〃			27	12										
〃 -7080			〃	18	〃	〃			〃	〃										
〃 -7180			〃	〃	〃	〃			〃	〃										
〃 -7700			〃	19	〃	〃			〃	〃										
〃 -9000 シリーズ			19	12			46		23											
LABOSPECT			〃	6	2				25	9										

COBAS INTEGRA 800																				
〃 400 plus																				
コバス 6000							72	49												
モジュラーアナリティクス							43	〃												
9000 シリーズ																				

コントロール血清

アルフレッサ ファーマ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
液状ネスコール-N	電解質，酵素，脂質，含窒素 他	正常	○	5mL×10	14,000	
〃 -A	〃	異常	〃	〃	〃	
セラクリア-HE II	酵素7項目	正常・異常	〃	正常域3mL×5 異常域3mL×5	26,000	
〃 -LP	脂質6項目	異常	〃	3mL×5	9,300	

(株)エイアンドティー

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノティクルスオートコントロール血清(L)	免疫2項目	低値	○	1mL用×5	25,000	
〃 (H)	〃	高値	〃	〃	〃	
イムノティクルスオート梅毒コントロール	梅毒TP抗体	陰性・陽性	〃	各1mL用×3	20,000	
RPRコントロール	梅毒脂質抗体	〃	〃	〃	〃	
コントロール血漿 レベル1	PT，APTT，Fib，TB，HPT	正常	〃	0.5mL用×10	12,000	
〃 レベル2	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 レベル3	PT，APTT，Fib，TB	〃	〃	〃	〃	

栄研化学(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
TZセーラム'栄研'	TTT，ZTT	高値	○	3mL分×5	5,500	
QC-LX-1'栄研'	免疫16項目	低値	〃	2mL分×5	25,000	
〃 -2A'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
〃 -2B'栄研'	〃	〃	〃	〃	〃	
〃 -3'栄研'	腎機能マーカー5項目	尿用低値	〃	〃	〃	
〃 -4'栄研'	〃	〃 高値	〃	〃	〃	
QC-β_2M-L'栄研'	β_2M	低値	〃	〃	10,000	

〃　-H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-BFP-L'栄研'	尿 BFP	低値	〃	2mL×5	〃	
〃　-H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-SAA-L'栄研'	SAA	低値	〃	2mL 分×5	〃	
〃　-H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-RE'栄研' TypeA Low	腫瘍関連検査群(CA19-9を除く)	低値	〃	3mL 分×6	24,000	
〃　〃　High	〃	高値	〃	〃	〃	
〃　'栄研' TypeB Low	内分泌関連検査群	低値	〃	〃	〃	
〃　〃　High	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-PG-L'栄研'	ペプシノゲンⅠ・Ⅱ	低値	〃	1mL 分×10	11,000	
〃　-H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
ペプシノゲンコントロールセット'栄研'	〃	低・高値	〃	1mL 分×5×2	11,000	
H.ピロリ抗体コントロールセット'栄研'	ヘリコバクターピロリ抗体	陰性・陽性	〃	〃	〃	
コントロール濾紙セット'栄研'	ペプシノゲンⅠ・Ⅱ, PSA	低・中・高	〃	3濃度各21スポット	〃	
〃　H.ピロリ抗体	ヘリコバクターピロリ抗体	陰性・陽性	〃	2　〃	〃	
OC オートコントロール'栄研'L	糞便中ヘモグロビン	低値	〃	1mL 分×5	13,000	
〃　H	〃	高値	〃	〃	〃	
US コントロール'栄研' Level Ⅰ/Ⅱ	尿定性	陰性／陽性	〃	12mL 分×3	15,000	
〃　Level Ⅱ	〃	陽性	〃	12mL 分×6	〃	
ノムノピアリ　1	免疫18項目	低濃度	〃	3mL×2	28,500	液状タイプ
〃　2	〃	高濃度	〃	〃	〃	〃
Hb コントロール'栄研' L	ヘモグロビン定量	低値	〃	5mL×2	26,000	〃
〃　H	〃	高値	〃	〃	〃	〃

(株)カイノス

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
Ultimate C4(4mg/dL)	ビリルビン標準値	4mg/dL	○	2mL×10	17,000	
〃　C8(8mg/dL)	〃	8mg/dL	〃	〃	〃	

〃 C20(20mg/dL)	〃	20mg/dL	〃	〃	15,000	
Ultimate-D Level 1	ビリルビンコントロール	低値	〃	3mL×10	21,000	
〃 Level 2	〃	中間値	〃	〃	〃	
〃 Level 3	〃	〃	〃	〃	〃	
〃 Level 4	〃	高値	〃	〃	25,000	
I. D. -Zone(Normal)	血清蛋白分画	正常	〃	2mL×6	29,000	
〃 (Abnormal)	〃	異常	〃	〃	〃	
尿コントロール	AMY, Ca, Cl, CRE, GLu, Pi, K, Na, TP, UN, UA, Osmolality	正常・異常	〃	10mL×6	33,000	
ケトン体コントロール I 〃 II 〃 III	〉3HB, TKB	低値 中値 高値	〃	3mL 用×6 〃 〃	8,000 〃 〃	
1,5AG コントロール	1,5AG	低値・中値	〃	2mL×6	20,000	
「DIP&SPIN」沈渣コントロール	尿沈渣検査用，尿定性検査用		〃	Leve l 120mL×2 Leve 2 〃	65,000	
マルチキャリブレーター「カイノス」	CRE, UN, Glu, IP, Ca		〃	5mL×6	10,000	
血清マルチキャリブレーター「カイノス」	CRE, UN, UA, IP, Ca, Mg, Glu		〃	3mL×4	7,200	
ライフォチェックイムノアッセイ プラス コントロール血清 1，2，3	免疫血清項目	低値・中値・高値	〃	5mL×12	40,000	
〃 〃 1	〃	低値	〃	〃	〃	
〃 〃 2	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 〃 3	〃	高値	〃	〃	〃	
酵素キャリブレーター「カイノス」	GOT, GPT, ALP, CK, LDH, r-GTP 他		〃	3mL×4	14,400	
チェックセラ「カイノス」	生化学項目	正常・異常	〃	5mL×10	12,500	
カルニチンコントロール	カルニチン（総遊離）	〃	〃	2mL×3	12,000	

関東化学(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
トレースチェック	AST・ALT・γ-GT・CK ALP・LD・AMY(P-AMY)	レベル 1 レベル 2	○	各2mL×3	21,000	
〃 PLUS	AST・ALT・γ-GT・CK・ALP LD・AMY(P-AMY)・ChE	〃	〃	〃	24,000	
クオリトロールリファレンス PLUS	20項目	〃	参考値	各3mL×3	17,000	
クオリトロール INSULIN	インスリン	〃	〃	各1mL×3	17,500	
〃 PSA	PSA	〃	〃	〃	42,500	

〃 PG	PG I，PG II	〃	〃	各2mL×2	20,000	
〃 CK-MB(S)	CK，CK-MB		〃	1mL×3	18,000	
〃 MYO	ミオグロビン	レベル1 レベル2	〃	各2mL×5	20,000	

協和メデックス(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
Accurun 9500 マルチマーカーコントロール	anti-HIV1/2，anti-HTLV I/II anti-HBc, anti-HCV, HBsAg, TP		○	1mL×3 ～5mL×3	39,000 ～90,000	
Normal コントロール	感染症陰性コントロール		×	1mL×1～3.5mL×12	5,000 ～5,700	
HBs 抗原	HBs 抗原		〃	5mL×1	14,000	
HBs IgG，IgM	HBs コア IgG，IgM		〃	〃	14,000	
HBe 抗原	HBe 抗原		〃	〃	〃	
HBe 抗体	HBe 抗体		〃	〃	〃	
HAV 抗体 IgG，IgM	HAV IgG HAV IgM		〃	1mL×1～5mL×1 1mL×1～5mL×1	4,000～16,000 5,000～20,000	
HBs 抗体	HBs 抗体		○	5mL×1	14,000	
Lyme 病抗体 IgG，IgM	Lyme 病 IgG Lyme 病 IgM		×	1mL×1 〃	5,000(IgG) 9,000(IgM)	
Toxo 抗体 IgG，IgM	Toxo IgG Toxo IgM		〃	〃 〃	3,000(IgG) 7,000(IgM)	
風しん抗体 IgG，IgM	風しん IgG 〃 IgM		〃	〃 〃	〃 〃	
CMV IgG，IgM	CMV IgG CMV IgM		〃	〃 〃	3,000(IgG) 9,000(IgM)	
TP（梅毒抗体）	TP 抗体		○	2mL×1 ～2mL×3	6,000 ～16,000	
TP（RPR）	TP（RPR）		○	1mL×1	4,000	
Accurun シリーズ infectrol	HCV 抗体・HBs 抗原・TP 抗体		○	3.5mL×1		A～E，5濃度別発売
Accurun 遺伝子用コントロール	HIV，HCV，HBV など				21,00 ～60,000	

クリニカコーポレーション／(株)ベリタス

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
Immunology Control	IgG，IgA，IgM，C3，C4，CRP，RF，ASO 他15項目	3濃度	○	OEM，バルク供給	OEM，バルク供給	液状品，保存：2～8℃，36ケ月安定
Tumor Marker 〃	CA125，CA15-3，CA19-9，CEA 他10項目	〃	〃	〃	〃	〃 ，24 〃

Cardiac Marker 〃	CK-MB, Myoglobin, Troponin I, Troponin T, hsCRP, Digoxin	〃	〃	〃	〃	〃 ,
hCG 〃	hCG	〃	〃	〃	〃	〃 , 36 〃
hs-CRP 〃	hs-CRP	〃	〃	〃	〃	〃 ,
Combined APO AI/APO B Controls	Apo AI, Apo B	〃	〃	〃	〃	〃 , 24 〃
Lipid Control	TC, TG, HDL, LDL, ApoA1, ApoB	2濃度	○	OEM, バルク供給	OEM, バルク供給	液状品, 保存：2～8℃, 18ケ月安定

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
リガンドプラスコントロール	ホルモンなど24項目	3濃度	〃	5mL×15	50,000	
腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカ7項目	2濃度	〃	2mL×6	〃	

シスメックス(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
QAP トロール1X・2X	生化学用	正常・異常	×	5mL×5×2濃度	15,500	
リクイチェック尿化学コントロール レベル1・2	尿化学検査用	正常・異常	○	10mL 分×12	22,000	
ISEトロールⅠ・X	電解質用	正常値下限付近	×	3mL 分×5	4,500	
〃 Ⅱ・X	〃	〃	〃	〃	〃	
GHb トロールⅨ・ⅡX	グリコヘモグロビン用	正常・異常	〃	0.2mL 分×8	16,000	
グリコ Hb コントロール	〃	〃	○	65mg×4×2濃度	〃	
HDLコントロール L	HDL-コレステロール用	低値	〃	3mL 分×6	13,000	
〃 M	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 H	〃	高値	〃	〃	〃	
ヴィラトロール	HBs 抗原, HCV 抗体, TP 抗体, HIV 抗体, HTLV-1 抗体	2濃度	×	3mL 分×3×2レベル	22,500	ウイルス不活化処理済み(液状加熱処理及び S/D 処理)
ランリームコントロール A レベルⅠ・Ⅱ	AFP, CEA, フェリチン, PSA	低濃度・高濃度	○	6mL×各1	27,000	
〃 B レベルⅠ・Ⅱ	IgE, HBsAb, HBcAb	〃	〃	〃	18,000	
〃 C レベルⅠ・Ⅱ	β_2-マイクログロブリン, インシュリン	〃	〃	〃	24,000	
〃 D レベルⅠ・Ⅱ	HBsAg	〃	〃	〃	17,000	

〃 E レベルⅠ・Ⅱ	HCV-Ab	〃	〃	〃	〃	
セロトロール・Ⅸ	免疫血清用	低濃度・高濃度（項目により差あり）	×	2mL 分×6	20,000	
〃 ・ⅡⅨ	〃	〃	〃	〃	〃	
デイドサイトロールレベル1	凝固検査用	正常	○	1mL×20	16,000	
〃 レベル2	〃	中度異常	〃	〃	〃	
〃 レベル3	〃	高度異常	〃	〃	20,000	
コアグトロールⅨ・ⅡⅨ	〃	正常・異常	×	1mL 分×5×2	9,900	

(株)常光

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
分画トロール「常光」“ノーマル”	蛋白分画用	正常	○	0.5mL×10	18,000	1本約1週間使用可能
〃 “アブノーマル”	〃	異常	〃	〃	〃	〃
イオン電極用常用標準血清 ISE-CRS	Na^+, K^+, Cl^-	高，中，低	〃	1.5mL×20	16,000	冷凍品
透析用校正液 D	透析液測定用		〃	2mL×20	24,000	液状

積水メディカル(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
セロノルム・ヒューマン	生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属・他	正常	○	5mL×10	18,000	Sero 社製，販売：積水メディカル
セロノルム	電解質・酵素・脂質・他	〃	〃	〃	〃	〃
パソノルム H	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃 L	〃	〃	〃	〃	〃	〃
オートノルム	〃	正常	〃	10mL×6	16,100	〃
セロノルム・ファルマカ レベル1	薬物血中濃度	治療域	〃	5mL×10	20,000	〃
〃 レベル2	〃	中毒域	〃	〃	〃	〃
セロノルム・リピッド	血清脂質	正常	〃	3mL×12	22,000	〃
〃 ・CRP コントロール	CRP	異常	〃	1mL×6×2濃度	15,000	〃
〃 ・マルチキャリブレーター	生化学	正常	〃	3mL×10	12,000	〃

(株)テクノメディカ

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
液状常用標準血清 ISE-CRS	Na, K, Cl	中濃度	○	1mL	22,000	
〃 ISE-CRS 三濃度	〃	高・中・低濃度	〃	1.5mL	30,000	

デンカ生研(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
液状キャリブレーター	生化学項目		○	5mL×10		
生研リキッドノーマルVプラス	〃	正常	〃	5mL×20		
生研リキッドアブノーマルVプラス	〃	異常	〃	〃		
脂質キャリブレーターD	脂質項目		〃	1mL×5		
脂質コントロールI	〃		〃	1mL×10		
〃 II	〃		〃	〃		
酵素キャリブレータープラス「生研」	酵素項目		〃	1mL×6		
酵素コントロールプラス1•2「生研」	〃		〃	1mL×3×2濃度		
イムノキューセラI-(L)	免疫血清項目	低値	〃	3mL×5		
〃 -(H)	〃	高値	〃	〃		
イムノキューセラII-(L)	〃	低値	〃	〃		
〃 -(H)	〃	高値	〃	〃		

東ソー(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
東ソーマルチコントロール	EIA 用多項目コントロール	レベル1, 2, 3		各5mL×3本×3種		
HbA_{1c}キャリブレータセット(J)	安定型 HbA_{1c}	レベル1, 2	○	各4mL用×5本×2種	35,000	日本糖尿病学会 HbA_{1c}標準化準拠
HbA_{1c}コントロール HSi	〃	〃	〃	各0.5mL用×4本×2種	17,000	

日水製薬(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
L-コンセーラ I EX	30項目	低値	○	5mL×40本	27,000	
〃 II EX	〃	高値	〃	〃	48,000	
L-スイトロール I	33項目	低値	〃	3mL×40本	28,000	
〃 II	〃	高値	〃	〃	48,000	
〃 II EX	〃	脂質高値	〃	〃	52,800	
L-トライロール EX	27項目	I・II・III	〃	3濃度各3mL×2本	16,000	
液状イムノコンセーラ I	CRP, RF, ASO, IgG, IgA, IgM, C3, C4	低値	〃	4mL×3本	45,600	
〃 II	〃	高値	〃	〃	50,400	

ニットーボーメディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノクエスト L-I	IgG, A, M, C3, C4, CRP, Tf, Hp, α_1-AG, α_1-AT, PerAlb, RBP		○	2mL×6	15,600	液状コントロール
〃 L-II	〃		〃	〃	18,000	〃
〃 RF-I	リウマチ因子		〃	2mL×4	8,000	凍結乾燥品
〃 RF-II	〃		〃	〃	12,000	〃
〃 ARC-I	CRP, RF, ASO		〃	〃	11,000	〃
〃 ARC-II	〃		〃	〃	15,000	〃

バイオ・ラッド ラボラトリーズ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
リクイチェック イムノアッセイプラスコントロール1,2,3	TDM, ホルモン, 腫瘍マーカー	低・中・高	○	各5mL×4本×3レベル		
ライフォチェック 〃	〃	〃	〃	〃		
〃 イムノアッセイ TMJ コントロール	イムノアッセイプラスコントロールに CA19-9, CA125, CA15-3, シフラ, β-2MG を添加	2	〃	3mL×3本×2レベル		
リクイチェックスペシャル イムノアッセイコントロール1,2,3	Anti-Tg, Anti-TPO, IntactPTH 等	低・中・高	〃	各5mL×6本		

リクイチェック 腫瘍マーカーコントロール1,2,3	CEA，AFP，CA125，CA19-9等	〃	〃	各2mL×6本		
ライフォチェック 腫瘍マーカープラスコントロール1,2,3	〃	〃	〃	〃		
リクイチェック TDM コントロール1,2,3	TDM	〃	〃	各5mL×12本		
ライフォチェック TDM コントロール1,2,3	〃	〃	〃	各5mL×4本×3レベル		
〃 ドラッグフリー血清	血中薬物検出レベル以下		〃	10mL×12本		
〃 全血コントロール1,2,3	シクロスポリン，鉛，赤血球中葉酸，タクロリムス	低・中・高	〃	各2mL×6本		
〃 全血免疫抑制剤コントロール1,2,3,4,5	シクロスポリン，タクロリムス	低・中・やや高・高・超高	〃	〃		
〃 貧血症コントロール	鉄，TIBC，UIBC，フェリチン，トランスフェリン，葉酸，ビタミンB_{12}，TSH，プレアルブミン	超低濃度域	〃	3mL×6本		
〃 高血圧症マーカーコントロール1,2,3	ACTH，アルドステロン，コルチゾール，レニン	3濃度	〃	各2mL×2本×3レベル		
〃 妊婦検査用コントロール	AFP，hCG，エストリオール（遊離）	〃	〃	5mL×2本×3レベル		
〃 妊娠検査コントロール1,2,3	hCG 等	低・中・高	〃	各5mL×4本×3レベル		
リキッドマルチコール (参考値付)1,2,3	生化学項目他	〃	〃	各3mL×12本		
〃 (参考値なし)1,2,3	〃	〃	×	各10mL×12本		
ライフォチェック参考値付 生化学コントロール1,2	生化学項目他60項目以上	低・高	○	各5mL×12本		
〃　参考値なし 〃　1 5mL	〃	低	×	5mL×25本		
〃 〃　2 5mL	〃	高	〃	〃		
〃 〃　1 10mL	〃	低	〃	10mL×50本		
〃 〃　2 10mL	〃	高	〃	〃		
リクイチェック参考値なし 生化学コントロール1,2	〃	低・高	〃	各10mL×25本		
リクイチェック 脂質コントロール1,2	脂質項目	〃	○	各3mL×6本		
〃 新生児検査用コントロール1,2	ビリルビン他	〃	〃	各4mL×6本		
〃 エタノール/アンモニアコントロール1,2,3	エタノール，アンモニア	低・中・高	〃	各3mL×6本		
ライフォチェック 定量用尿コントロール1,2	生化学，特殊物質，内分泌，毒物等	低・高	〃	各10mL×12本		
リクイチェック 尿化学コントロール1,2	尿化学検査項目	〃	〃	各10mL×12本		
〃 クォンティファイコントロール	尿定性項目	2濃度	〃	12mL×3本×2レベル		
〃 クォンティファイプラスコントロール	尿定性項目，尿沈渣	〃	〃	12mL×5本×2レベル		
〃 クォンティファイ大容量コントロール	尿定性項目	〃	〃	120mL×4本		
〃 クォンティファイ大容量1,2コントロール	〃	低・高	〃	各120mL×4本		
〃 尿検査用コントロール1,2	尿定性項目，尿沈渣	2濃度	〃	各12mL×6本×2レベル		

〃 微量アルブミン用コントロール1,2	微量アルブミン，クレアチニン	低・高	〃	各10mL×12本		
〃 循環器疾患マーカープラスコントロール1,2,3	CK-MBアイソザイム，高感度CRP，ジギトキシン，ホモシステイン，ミオグロビン，NT-proBNP，CK，トロポニンI，トロポニンT	低・中・高	〃	各3mL×2本×3レベル		
〃 循環器疾患マーカープラスLTコントロール1,2,3	〃	〃	〃	〃		
〃 CK/LDアイソザイムコントロール1,2	CK，LD，CK-MBアイソザイム等	低・高	〃	各1mL×6本		
〃 ホモシステインコントロール1,2	ホモシステイン	2濃度	〃	各1mL×3本×2レベル		
〃 イムノロジーコントロール1,2,3	CRP，IgG，IgA，IgM，免疫検査一般	低・中・高	〃	各1mL×6本		
〃 イムノロジーコントロール1,2,3 3mL	〃	〃	〃	各3mL×6本		
〃 CRP高値コントロール1,2,3	CRP	低・中・高	〃	各1mL×12本		
〃 髄液コントロール1,2	アルブミン，グルコース，クロール，タンパク(総)等	低・高	〃	各3mL×6本		
〃 リウマチ因子コントロール1,2,3	RF	低・中・高	〃	各2mL×6本		
〃 糖尿病検査コントロール1,2,3	ヘモグロビンA_{1c}等	〃	〃	各1mL×6本		
ライフォチェック 糖尿病検査コントロール1,2	〃	2濃度	〃	各0.5mL×3本×2レベル		
〃 ヘモグロビンA_{1c}リニアリティセット	ヘモグロビンA_{1c}	4 〃	〃	0.5mL×4本		
〃 ヘモグロビンA_2コントロール1,2	ヘモグロビンA_2，ヘモグロビンF，ヘモグロビンS	2 〃	〃	各1mL×2本×2レベル		
〃 凝固コントロール1,2,3	PT，APTT，フィブリノーゲン等	低・中・高	〃	各1mL×12本		
リクイチェック Dダイマー検査用コントロール1,2,3	Dダイマー	〃	〃	各1mL×6本		
ライフォチェック 凝固・線溶系検査用コントロール1,2,3	PT，APTT，TT，主な凝固因子等	〃	〃	各1mL×12本		
リクイチェック 血液ガスコントロール1,2,3	pCO_2，pH，pO_2	〃	〃	各1.7mL×30本		
ライフォチェック 内分泌コントロール1，2	エピネフリン，ドーパミン，ノルエピネフリン	2濃度	〃	各10mL×6本×2レベル		
〃 重金属測定用尿コントロール1,2	微量元素，重金属	低・高	〃	各25mL×10本		
〃 重金属用全血コントロール1,2,3	カドミウム，水銀，タリウム，鉛，砒素	低・中・高	〃	各2mL×6本		
〃 骨代謝マーカー尿コントロール	骨代謝マーカー項目	2濃度	〃	2mL×3本×2レベル		
リクイチェック 感染症コントロールマルチIクラスA	HBs抗原，HBc抗体，HIV-1抗体，HCV抗体，HTLV-1抗体，CMV抗体	陽性	×	5mL×1本		
〃 〃 B	〃	〃	〃	〃		
〃 〃 C	〃	〃	〃	〃		
〃 〃 D	〃	〃	〃	〃		
〃 〃 E	〃	〃	〃	〃		
〃 〃 F	〃	〃	〃	〃		
〃 〃 G	〃	〃	〃	〃		

〃 〃 H	〃	〃	〃	〃		
〃 〃 IIクラス A	HBs 抗体，HAV 抗体	〃	〃	〃		
〃 〃 B	〃	〃	〃	〃		
〃 〃 IIIクラス A	HBe 抗体	〃	〃	〃		
〃 〃 B	〃	〃	〃	〃		
〃 〃 C	〃	〃	〃	〃		
〃 〃 IV	HAV-IgM 抗体	〃	〃	〃		
〃 感染症コントロール HIV-2	HIV-2抗体	〃	〃	〃		
〃 〃 マルチ陰性	感染症項目陰性 精度管理用	陰性	〃	〃		
〃 〃 ToRCH	トキソプラズマ IgG 抗体，風疹ウイルス IgG 抗体，サイトメガロウイルス IgG 抗体等	陽性	〃	〃		
〃 〃 WNV		〃	〃	〃		
〃 〃 ToRCH IgM	トキソプラズマ IgG 抗体ならびに IgM 抗体，風疹ウィルス IgG 抗体ならびに IgM 抗体等	〃	〃	〃		
〃 〃 ToRCH 陰性	トキソプラズマ IgG 抗体ならびに IgM 抗体，風疹ウイルス IgG 抗体ならびに IgM 抗体等 陰性精度管理用	陰性	〃	〃		
〃 〃 MUMZ	ムンプスウイルス IgG 抗体等	陽性	〃	〃		
〃 〃 SYPHILIS	梅毒トレポネーマー IgG 抗体ならびに IgM 抗体，抗脂質抗体	〃	〃	〃		
〃 〃 HAV-IgM クラス A	HAV-IgM 抗体	〃	〃	〃		
〃 〃 MUMZ 陰性	ムンプスウイルス IgG 抗体等 陰性精度管理用	陰性	〃	〃		
〃 〃 HAV-IgM クラス B	HAV-IgM 抗体	陽性	〃	〃		
〃 〃 HBc-IgM	HBc-IgM 抗体	〃	〃	〃		
〃 〃 HBeAG	HBe 抗原	〃	〃	〃		
〃 〃 RPR パネル	抗脂質抗体	〃	〃	〃		
〃 ToRCH プラス陽性コントロール	トキソプラズマ IgG 抗体，風疹ウイルス IgG 抗体，サイトメガロウィルス IgG 抗体等	〃	○	3mL×3本		
〃 〃 陰性 〃	トキソプラズマ IgG 抗体，風疹ウイルス IgG 抗体，サイトメガロウィルス IgG 抗体等 陰性精度管理用	陰性	〃	〃		
〃 〃 弱陽性 〃	トキソプラズマ IgG 抗体，風疹ウイルス IgG 抗体，サイトメガロウィルス IgG 抗体等	陽性	〃	〃		
〃 〃 IgM 陽性 〃	トキソプラズマ IgM 抗体，風疹ウイルス IgM 抗体等	〃	〃	2mL×3本		
〃 〃 IgM 陰性 〃	トキソプラズマ IgM 抗体，風疹ウイルス IgM 抗体等陰性 精度管理用	陰性	〃	〃		
バイオ・ラッド EQAS 臨床生化学プログラム（17項目）	外部精度保証プログラム付生化学コントロール		×	5mL×12本		
〃 〃 （35項目）	〃		〃	〃		
〃 〃 （マンスリー）	〃		〃	〃		

〃 TDM プログラム（12項目）	外部精度保証プログラム付 TDM コントロール		〃	〃		
〃 〃　（25項目）	〃		〃	〃		
〃 ヘモグロビンプログラム（マンスリー）	外部精度保証プログラム付ヘモグロビンコントロール		〃	0.5mL×12本		
〃 イムノアッセイプログラム1,2	外部精度保証プログラム付イムノアッセイコントロール		〃	各5mL×12本		
〃 イムノアッセイプログラム3,4	〃		〃	各1mL×12本		
〃 イムノアッセイプログラム（マンスリー，17項目）	〃		〃	5mL×12本		
〃 〃　（マンスリー，35項目）	〃		〃	〃		

ベックマン・コールター（株）

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
シンクロン一コントロール レベル1	生化学，血漿蛋白，TDM	（低レベル）	○	20mL×3		−15〜20℃保存．液状で凍結しません．安定で経済的です．プラボトル入り．
〃　2	〃	（中レベル）	〃	〃		〃
〃　3	〃	（高レベル）	〃	〃		〃
Vigil Protein コントロール レベル 1	血漿蛋白	低濃度域	〃	5mL×4		〃
〃　2	〃	中　〃	〃	〃		〃
〃　3	〃	高　〃	〃	〃		〃
Vigil Serology レベル C	高感度 CRP 用	正常域	〃	〃		2〜8℃で保存．安定で経済的です．プラボトル入り．
Vigil Serology レベル 1	CRP，ASO，RF 測定用	低濃度域	〃	5mL×3		〃
〃　2	〃	中　〃	〃	〃		〃
〃　3	〃	高　〃	〃	〃		〃
Vigil TDM コントロール　レベル1	ジゴキシン，てんかん薬など測定用	低　〃	〃	3mL×3		〃
〃　2	〃	中　〃	〃	〃		〃
〃　3	〃	高　〃	〃	〃		〃

ベックマン・コールター・バイオメディカル（株）

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
AU コントロール	ヒト血清ベース，マルチタイプ	レベル 1 レベル 2	○	各5mL 用× 6 本	9,870	

AES コントロール	たん白分画用	ノーマル アブノーマル	〃	0.5mL×5本	9,450	
AU マルチキャリブレーター				5mL×20本	35,700	
AU 血清蛋白キャリブレーター	IgG，IgM，IgA，C3，C4用			2mL×5濃度	39,900	各濃度1本入
AU 酵素キャリブレーター				3mL×6本	20,000	

(株)ミズホメディー

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
ケムトラック レベル1	電解質，酵素，脂質，含窒素，他	正常	×	15mL×10	33,000	
〃 レベル3	〃	異常	〃	〃	37,000	
リキューム コントロール レベル1	T3，T4，TSH 等ホルモン，薬物，微量蛋白58成分	定値	○	5mL×6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール
〃 レベル2	〃	中値	〃	〃	〃	〃
〃 レベル3	〃	高値	〃	〃	〃	〃
T-マーカーコントロール レベル1	AFP，CA-125，CA15-3，CA19-9 CEA，PSA 等主な腫瘍マーカー20成分	定値	〃	3mL×6	〃	〃
〃 レベル2	〃	中値	〃	〃	〃	〃
〃 レベル3	〃	高値	〃	〃	〃	〃

三菱化学メディエンス(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
イアトロセーラ CC-I	酵素，脂質，電解質，CRP，他	低濃度	○	5mL 用×10	15,000	
〃 CC-II	〃	高濃度	〃	〃	〃	
〃 IM-I	免疫・血清	正常	〃	2mL 用×4	18,400	
〃 IM-II	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 TH レベルI	凝固・線溶マーカー	正常	〃	0.5mL 用×6	12,000	
〃 TH レベルII	〃	異常	〃	〃	〃	
CON6	ホルモン，他	低・中・高濃度	〃	6mL×2×3濃度	20,000	米国・SIEMENS 社製
ヒーモスアイエル ノーマルコントロール	凝固時間項目	正常	○	1mL 用×10		
〃 ローアブノーマルコントロール	〃	異常	○	〃		

〃　ハイアブノーマルコントロール	〃	〃	○	〃		
〃　低フィブリノゲンコントロール血漿	フィブリノゲン	〃	○	〃		
〃 スペシャルテストコントロール レベルⅠ	凝固因子，AT，PC，PS，VWF，他	〃	○	〃		
〃 スペシャルテストコントロール レベルⅡ	〃	〃	○	〃		
ヘモライアンス HQC コントロール血漿	凝固時間項目	正常・異常	×	各0.5mL×5		

和光純薬工業(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
液状コントロール血清Ⅰワコー	生化学	正常	○	5mL×10	14,000	
〃　Ⅱワコー	〃	異常	〃	〃	〃	
コントロール血清Ⅰワコー/BR	〃	正常	〃	5mL 用×10	13,000	
〃　Ⅱワコー/BR	〃	異常	〃	〃	〃	
LYPHOCHEK-IA プラス	ホルモン・腫瘍マーカー・血中薬物	3濃度	〃	5mL 用×4×3	40,000	
LYPHOCHEK 腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカー	2濃度	〃	2mL 用×3×2	35,000	
免疫コントロールⅠワコー	血漿蛋白	正常	〃	2mL×4	28,000	
〃　Ⅱワコー	〃	異常	〃	〃	〃	
ドライヘマト 血液凝固コントロール血漿　レベル1	PT，APTT，Fib，TB，HPT	正常	〃	0.5mL 用×10	12,000	
〃　レベル2	〃	中等度異常	〃	〃	〃	
〃　レベル3	〃	高等度異常	〃	〃	〃	
LYPHOCHEK 定量用尿コントロールノーマル(1)	尿	正常	〃	10mL 用×12	21,600	
〃　〃　アブノーマル(2)	〃	異常	〃	〃	〃	

展示会社・主要製品紹介

アークレイ株式会社

〒604-8153 京都市中京区烏丸四条上ル笋町689 京都御幸ビル10F

設立年月日：	昭和38年9月26日
資本金：	
代表者名：	土井 茂
従業員数：	224名 ＊グループ企業全体1,306名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.arkray.co.jp
工場所在地：	〒520-3306：甲賀市甲南町柑子1480㈱アークレイファクトリー
	TEL：0748-86-6833㈹ FAX：0748-86-6898
研究所所在地：	〒601-8045：京都市南区東九条西明田町57
	TEL：075—672—5311㈹
商品問合せ先：	アークレイマーケティング株式会社 学術センター
	TEL：050—5527—7701 FAX：03—3358—8536

〔展示主要商品〕

グリコヘモグロビン分析装置／アダムス™A_{1c} HA-8180
デンシトメトリー分析装置／スポットケム™IL SL-4720

〔取扱い商品〕

○尿化学検査／尿中有形成分分析システム
・オーションアイキュー™ IQ-5210 ・オーションマックス™ AX-4030
・オーションイレブン™ AE-4020 ・ポケットケム™UA PU-4010
○糖尿病検査システム
・アダムス™A_{1c} HA-8180 ・アダムス™グルコース GA-1152
・アダムス™グルコース GA-1170
○簡易検査システム
・スポットケム™IL SL-4720
・スポットケム Dコンセプト™ SD－9810，SD－3810，SD－4810，SD－4820
・スポットケム™EZ SP-4430 ・スポットケム™EL SE-1520
・スポットケム™IM SI－3511 ・スポットケム™バイダス SV-5020
・スポットケム™CL SB-1420 ・ポケットケム™BA PA-4140
・スポットケム™SG SG-1220 ・スポットケム™CL SB-1430
○浸透圧検査システム ・オズモステーション™OM-6060
○遺伝子検査システム ・アイデンシー™ IS-5310

Instrumentation Laboratory アイ・エル・ジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2—2—15 浜松町ゼネラルビル

設立年月日：	平成14年7月22日
資本金：	9,000万円
代表者名：	サンティアゴ ラモス
従業員数：	
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.il-japan/
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： クリティカルケアー
	TEL：03—3437—6350 FAX：03—3437—6352

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEM プレミア3000，GEM プレミア3500，GEM プレミア4000

特長：電極及び流体系に触れることなくカートリッジを交換（3週／4週／30日に1回）するだけの完全なメンテナンスフリーを実現。血液ガス，電解質，グルコース，ラクテート及びCO-オキシまで臨床検査の幅広いニーズにお応えします。

〔取扱い商品〕

・チケットプリンター
・精度管理溶液
・測定用カートリッジ
・測定用カートリッジ（iQM）

アイエスケー株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島4－9－12

設立年月日：	昭和37年7月5日
資本金：	2,000万円
代表者名：	中島 洋一
従業員数：	25名
E－mail：	yes@isk-tokyo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.isk-tokyo.co.jp
工場所在地：	〒120-0003：足立区東和3－5－4
	TEL：03－3620－1003
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03－3812－0191　　FAX：03－3812－9284

〔展示主要商品〕

全血血小板凝集能測定装置／WBA-Neo　・コラーゲンコートビーズ

特長：●血球成分存在のまま（全血），in vivo により近い条件下で測定できます。●全血0.8mL を使用し4濃度の凝集惹起物質で測定したデータから閾値を算出してグレードで測定します。

〔取扱い商品〕

・看護用品
・介護用品
・集団検診用品
・臨床検査機器・用品

株式会社アイディエス

〒861-8038 熊本市長嶺東8－14－30

設立年月日：	1987年11月
資本金：	5,000万円
代表者名：	伊藤 照明
従業員数：	338名
E－mail：	ids@idsma.com
URL(ホームページ)：	http://www.idsma.com
工場所在地：	〒861-8038：熊本市長嶺東8－14－30
	TEL：096－380－4225
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：096－380－4225　　FAX：096－389－2077

〔展示主要商品〕

自動分注装置／IDS-3000・検体搬送システム／IDS-880シリーズ・仕分装置

特長：大型システムの機能を凝縮。省スペースに検体搬入，血餅検出，栓抜き，子検体供給，分注，仕分け搬出機能を標準装備。弊社搬送システムユニットとの接続や，検体自走車との接続も可能です。

〔取扱い商品〕

●検体搬送システム　IDS-880シリーズ
・個々の機能がユニット化された，フレキシブルな1本搬送システム。
●自動分注装置　IDS-2000・IDS-3000シリーズ
・従来の大型システム機能を凝縮した，省スペース分注装置。
●分注チップ整列装置　AT-4000シリーズ
・検査業務の前工程である，ディスポチップ準備を自動化する装置。
●サンプルチューブ整列装置　ATF-3000シリーズ
・検査業務の前工程である，サンプルチューブ準備を自動化する装置。
●採血管ナンバリング装置　SNS シリーズ・検体受付業務を自動化する装置。
●検体自走車・搬送ラインの問題点である作業動線を解決する搬送装置。
●自動開栓装置　ACO シリーズ・TSD シリーズ
・検体受付業務と検体の開栓を自動化する装置。
●仕分装置・検体仕分業務を自動化する装置。

i-SENS, Inc.

465-14 Wolgye4-dong, Nowon-gu Seoul 139-845, Korea

設立年月日：	May 4, 2000
資本金：	About USD 15.1M
代表者名：	Dr. Geun Sig Cha
従業員数：	245 (May 2009)
E－mail：	admin@i-sens.com
URL(ホームページ)：	http://www.i-sens.com/
工場所在地：	1642-9 Donghwa-ri, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, Korea
	TEL：
研究所所在地：	465-6 Wolgye4-dong, Nowon-gu, Seoul 139-845, Korea
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：+82—2—916—6191　FAX：+82—2—942—2514

〔展示主要商品〕

Electrolyte Analyzer (i-Smart 30)

特長：1. High portability: easy to carry between different laboratories and locations
2. Compact design: easy to fit in small or jam-packed laboratories
3. Convenient cartridge-type reagent: sensors and all consumable parts are enclosed within a cartridge
4. Easy maintenance by integrated cartridge eliminates time and labor required for replacing reagents

〔取扱い商品〕

1. Self Monitoring Blood Glucose System: CareSens POP, CareSens II, CareSens N, and No coding 1
2. Electrolyte Analyzer: i-Smart 30

アイテック阪急阪神株式会社

〒553-0001 大阪市福島区海老江1－1－31

設立年月日：	昭和62年7月1日
資本金：	2億円
代表者名：	浜田 真希男
従業員数：	650名（2008年4月現在）
E－mail：	melas-info@itec.hankyu-hanshin.co.jp
URL(ホームページ)：	http//itec.hankyu-hanshin.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療事業本部
	TEL：東京：03—3798—1011／大阪：06—6456—5223 FAX：東京：03—3798—1028／大阪：06—6456—5252

〔展示主要商品〕

総合臨床検査システム／MELAS-i

特長：検査業務の精度向上・迅速化・効率化・データ活用をポイントに，長年蓄積した業務ノウハウが組み込まれた，病院IT化に貢献するクライアント／サーバ型総合臨床検査システムです。

〔取扱い商品〕

■総合臨床検査システム「MELAS-i」
- 検体検査システム
- 微生物検査システム
- 輸血管理システム
- 生理検査システム

■病理診断支援システム「PathMate」
■検査結果Web参照システム
■総合健康管理システム「TOHMAS-i」
■健康増進支援システム「TOHMAS-i Followup」
■感染制御支援システム「ICT Mate」

株式会社 アキュレックス

〒130-0011 東京都墨田区石原２－４－10

設立年月日：	昭和58年３月
資本金：	1,000万円（授権資本金 4,000万円）
代表者名：	代表取締役社長　圓満 庄藏
従業員数：	12名
E－mail：	info@acuraks.com
URL(ホームページ)：	http://www.acuraks.com
工場所在地：	〒130-0011：墨田区石原２－４－10
	TEL：03－6658－8933　FAX：03－6658－8935
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	営業部
	TEL：03－6658－8921　FAX：03－6658－8923

〔展示主要商品〕

イムノアッセイ関連製造機器／全自動イムノアッセイストリップ/デバイス組立機，全自動リールトゥーリールラミネーター

特長：全自動イムノアッセイストリップ/デバイス組立機：全自動でイムノアッセイカードをストリップに裁断し，パーツフィーダーで供給されたデバイスへストリップを挿入。何種類かの検査項目を経て，最終的にカバーデバイスを装着して完成。詳細な内容については弊社ブースにてお問い合わせ下さい。

全自動リールトゥーリールラミネーター：全自動でメンブレン，吸収パッド等，様々な部材を張り合わせ，設定したカード長さで裁断し，完成。詳細な内容については弊社ブースにてお問い合わせ下さい。

〔取扱い商品〕

① 韓国ZETA社製イムノアッセイ関連製造機器

他，様々な業界向けの製造機器を取り扱っております。

アジア器材株式会社

〒194-0022 町田市森野２－27－12

設立年月日：	
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役　岩佐 和彦
従業員数：	50名
E－mail：	info@asiakizai.co.jp.
URL(ホームページ)：	http://www.asiakizai.co.jp
工場所在地：	〒229-1124：相模原市田名49
	TEL：042－762－2703
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　本社営業部
	TEL：042－723－4670　FAX：042－728－0163

〔展示主要商品〕

試験管／オートチューブ丸底／スピッツ／サンプルカップ

特長：オートチューブ丸底及びスピッツは，自動化学会推奨サイズの試験管（13φ75mm）で，バーコードを貼りやすい設計になっております。また，少量検体にも対応可能なスピッツ・タイプもございます。

〔取扱い商品〕

○サンプルカップ類　各種
○試験管類　各種
○スポイト類　各種
○喀タン処理器　各種
○検査コップ　各種
○オートクレーブ滅菌処理用バッグ
○病理用包埋カセット
○試験管立・サンプルカップ立

あしたのもと AJINOMOTO 味の素株式会社

〒104-8315 東京都中央区京橋1—15—1

設立年月日：	1925年5月20日
資本金：	798億6,300万円
代表者名：	伊藤　雅俊（7月より）
従業員数：	3,636名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.ajinomoto.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　分析基盤研究グループ
	TEL：044—244—7146　　FAX：044—211—7609

〔展示主要商品〕

採血管冷却保冷デバイス

特長：採血した血液を速やかに冷却し，長時間保冷できる装置です。血糖値，アンモニアなど，不安定な検査項目の測定に有効です。

applied biosystems part of life technologies アプライドバイオシステムズ（ライフテクノロジーズジャパン株式会社）

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4－5－4　daVinci(ダヴィンチ)桜橋

設立年月日：	平成5年7月（1993年）
資本金：	3億5,000万円
代表者名：	代表取締役社長：清田　和行
従業員数：	364名（2009年7月1日現在）
E—mail：	jp_psmsales@appliedbiosystems.com
URL(ホームページ)：	http://www.appliedbiosystems.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　質量分析システム事業部
	TEL：03—5566—6100　　FAX：03—5566—6501

〔展示主要商品〕

LC／MS／MS システム／API 3200™

特長：一回の測定で，複数の治療薬の血中濃度のモニタリングが可能。混合投与した薬剤も短時間で同時に同定，定量できます。またアミノ酸，アシルカルニチンなど代謝異常に関連する物質の検出，またステロイド，ビタミン類などを高い感度，特異性で一斉分析することが可能です。

〔取扱い商品〕

トリプル四重極 LC/MS/MS システム，リニアイオントラップ LC/MS/MS システム，MALDI TOF/TOF システム，ハイブリッド QqTOF MS/MS システムなどの質量分析システム・ソフトウェア。DNA シーケンサ，リアルタイム PCR，PCR システムおよび試薬・消耗品・ソフトウェア。核酸抽出システムおよび試薬。核酸カスタム合成サービス。遺伝子発現解析用システム・試薬・ソフトウェア。遺伝子多型解析用システム・試薬・ソフトウェア。タンパク質・アミノ酸分析用システム。ヒト個人識別・親子鑑定用システム。微生物同定・系統解析用システム。病原微生物・ウイルス検出システム。薬毒物分析システム。食品・環境中の微量物質の分析システム等（製品は薬事未承認品です。研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用は出来ません）

アボット ジャパン株式会社

〒106-8535 東京都港区六本木1－9－9

設立年月日：	平成15年2月1日（創業 昭和37年2月15日）
資本金：	22億6,700万円
代表者名：	池田 勲夫
従業員数：	2,052名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.abbott.co.jp
工場所在地：	〒270-2214：松戸市松飛台278
	TEL：047—385—2211
研究所所在地：	〒270-2214：松戸市松飛台278
	TEL：047—386—4710
商品問合せ先：	担当部門 ： カストマーサポートセンター
	TEL：0120—031441 FAX：

〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置／
ARCHITECT アナライザー *i*2000SR（生化学分析装置との連結タイプ）

特長：CLIA法（ケミフレックス）を採用した最新の分析装置。
1時間当たり200テストの処理能力，最大25項目のランダムアクセスなど多くの特徴を有しています。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査：「AxSYM アナライザー」「ARCHITECT アナライザー *i*2000」「ARCHITECT アナライザー *i*2000SR」「IMx アナライザー」「ARCHITECT アナライザー *i*1000SR」「TDx FLx アナライザー」
■全自動総合血液学分析装置セルダインシリーズ：
(1)セルダイン SAPPHIRE (2)セルダイン3700 (3)セルダイン3200
(4)セルダイン1800 (5)セルダイン SMS (6)セルダイン RUBY
■簡易測定シリーズ：エクシード（血糖自己測定器），プレシジョン PCx（血糖自己測定器）
■遺伝子検査用（研究用を含む）：「Abbott *m*2000sp 自動核酸抽出装置」ViroSeq™HIV ジェノタイピング試薬，HLA SBT タイピング試薬 Vysis™DNA FISH プローブ

ARAM® アラム株式会社

〒530-0043 大阪市北区天満2－3－10

設立年月日：	昭和46年10月1日
資本金：	5,000万円
代表者名：	代表取締役 荒木利一
従業員数：	27名
E－mail：	info@aram.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.aram.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL： FAX：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	本社営業部
	TEL：06—6351—8860 FAX：06—6351—8856

〔展示主要商品〕

プラスチックカップリング／CPC カップリング

特長：液体・気体配管においてワンタッチで接続・切り離しのできるプラスチックカップリングです。バルブ内蔵タイプや液モレの少ないノンスピルタイプのカップリングもあります。

〔取扱い商品〕

CPC カップリング，チューブコネクター，アラムロック，アラムネック，各種分析用チューブ，各種実験用チューブ，食品用チューブ・ホース，医用チューブ，真空ホース，各種キャップ，インジェクション成型品，真空成型品，樹脂加工品，ゴム成型品，ゴム加工品

アルフレッサファーマ株式会社

〒540-8575 大阪市中央区石町２－２－９

設立年月日：	昭和14年12月24日
資本金：	10億円
代表者名：	久禮　哲郎
従業員数：	663名
E－mail：	info@alfresa-pharma.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.alfresa-pharma.co.jp/
工場所在地：	〒709-4321：岡山県勝田郡勝央町太平台18
	TEL：0868－38－5341
研究所所在地：	〒567-0806：茨木市庄２－24－３
	TEL：072－622－4941　FAX：072－624－5320
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬営業部
	TEL：06－6941－0308　FAX：06－6941－4861

〔展示主要商品〕

ディスクリート方式臨床化学自動分析装置　ヘモテクト NS-Plus C

〔取扱い商品〕

○体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）
- ○生化学検査用
  脂質，酵素，電解質，含窒素検査用各種製品
- ○免疫血清検査用
- ○免疫学的便潜血用
- ○ POCT 試薬：感染症関連製品，尿中 HCG，破水診断キット
- ○血液検査用：血色素検査用製品
- ○精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤，その他製品
- ○臨床検査機械・器具器材
- ○ヘモテクト
- ○フィンピペットシステム

ALOKA アロカ株式会社

〒181-8622 三鷹市牟礼６－22－１

設立年月日：	1950年１月20日
資本金：	64億6,500万円（2007年３月31日現在）
代表者名：	取締役社長　吉川 義博
従業員数：	1,044名（2007年３月現在）
E－mail：	cle-sle2@aloka.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.aloka.co.jp
工場所在地：	〒198-8577：青梅市今井３－７－19
	TEL：0428－32－3111
研究所所在地：	〒198-8577：青梅市今井３－７－19
	TEL：0428－32－3111
商品問合せ先：	担当部門　：　医用分析システム営業部
	TEL：0422－45－5502　FAX：0422－45－7751

〔展示主要商品〕

検体処理システム／検体前処理分注装置

特長：検体検査における開栓，分注など，煩雑で感染の危険性がある前処理工程を自動化する装置です。

「検体前処理システム」は，機能別のユニットで構成されたシステムで，施設規模に柔軟に対応できます。

「検体前処理分注装置」は，前処理工程の中の開栓，分注機能を凝縮，小型化した装置です。いずれも，自動分析装置と搬送接続することにより，検体検査工程の効率化に貢献いたします。

〔取扱い商品〕

超音波診断装置，骨粗鬆症診断装置，検体検査装置，放射線測定装置，バイオ関連装置

MBL 株式会社医学生物学研究所

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-10 住友商事丸の内ビル5F

設立年月日：	昭和44年8月23日
資本金：	22億2,860万円
代表者名：	西田 克彦
従業員数：	223名（2009年3月現在）
E－mail：	info@mbl.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.mbl.co.jp
工場所在地：	〒396-0002：伊那市手良沢岡1063-103
	TEL：0265-76-1777
研究所所在地：	〒396-0002：伊那市手良沢岡1063-103
	TEL：0265-76-1777
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬事業部
	TEL：052-971-2083　　FAX：052-971-2337

〔展示主要商品〕

自己免疫疾患検査試薬

特長：自己免疫疾患検査試薬（全般），関節リウマチ検査試薬（抗CCP抗体），腫瘍マーカー測定試薬（p53抗体，BCA225，NMP22），全自動EIA測定／IF染色兼用装置（AP22 Speedy IF），ELISA/IFA全自動分析装置（Quad-MACS）

〔取扱い商品〕

機器　・細胞診　TACASシステム　・全自動EIA測定／IF染色兼用装置　AP22 Speedy IF　・スライドフロスト印刷機　CFM-30

臨床検査試薬

- IF法ANA，抗DNA，AMA/ASMA，ANCA
- ELISA法ANA，抗CCP抗体，抗ds/ssDNA，抗ENA，抗セントロメア，抗ミトコンドリアM2，抗カルジオリピン，ヘリコバクター・ピロリ，抗LKM-1，ANCA，抗Dsg，クラミジアトラコマチス抗体，クラミジアニューモニエ抗体，抗サイログロブリン，抗甲状腺ペルオキシターゼ，IgG-RF
- 腫瘍マーカー測定試薬（p53抗体，BCA225，NMP22）
- 病理染色　病理抗体，フローサイトメトリー用など各種

株式会社イワキ

〒101-8558 東京都千代田区神田須田町2－6－6

設立年月日：	昭和31年4月10日
資本金：	3億8,000万円
代表者名：	藤中 義昭
従業員数：	826名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	iwakipumps.jp
工場所在地：	〒350-1328：狭山市広瀬台2－1－4
	TEL：04－2954－5121
研究所所在地：	〒354-0041：入間郡三芳町藤久保554
	TEL：049－258－1411　　FAX：049－259－1249
商品問合せ先：	担当部門　：　本社　企画部
	TEL：03－3254－2934　　FAX：03－5295－8571

〔展示主要商品〕

ダイレクトポンプ／RDシリーズ

特長：RDシリーズは樹脂製（キャンド式）ダイレクトタイプの小型渦巻きポンプです。駆動源にはRDブラシレスモータを採用。水漏れのないシールレス構造など数々の特長が幅広いニーズに対応します。

〔取扱い商品〕

「高品質・シンプルな小型DCポンプ」

樹脂製・キャンド式小型渦巻きポンプ・RDシリーズ，カーボンや油の混入がなく，クリーンな圧縮・吸引・移送が行えるダイヤフラム式のエアーポンプ・APNシリーズ，気液混合移送用設計のAPN-Wシリーズ，バルブレス構造のためエアーロック無しで高精度な注入が可能な定量ポンプ・Vシリーズ，コンパクトなシールレスギヤポンプ・MDGシリーズなど，臨床用自動分析のあらゆるシーンに対応します。

inverness medical インバネス・メディカル・ジャパン株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル18F

設立年月日：	2005年6月23日
資本金：	3億円
代表者名：	唐沢 清紀
従業員数：	160名（平成19年12月3日現在）
E—mail：	
URL(ホームページ)：	www.invmed.co.jp
工場所在地：	〒270-2214：松戸市松飛台357
	TEL：
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様相談室
	TEL：0120—1874—86　FAX：03—5326—7177

〔展示主要商品〕

BinaxNOW 肺炎球菌

特長：BinaxNOW 肺炎球菌は，特殊な器具や操作を必要とせず，迅速かつ高感度に検出が行える肺炎球菌検査キットです。尿検体に浸した綿棒をテストパネルに挿し，試薬を加えて15分です。簡便な操作と判りやすい判定方法で，現場のニーズに応えます。

〔取扱い商品〕

●尿中の肺炎球菌莢膜抗原の検出；BinaxNOW 肺炎球菌
●尿中のレジオネラニューモフィラ血清型1LPS 抗原の検出；BinaxNOW レジオネラ●ストレップA抗原検出；ストレップA検出；BinaxNOW ストレップA，クリアビューストレップA
●インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原検出；クリアビュー Influenza A/B ●クラミジア抗原検出；クリアビュークラミジア● HBs 抗原検出；ダイナスクリーン・HBsAg II
●抗 HIV-1抗体および抗 HIV-2抗体検出；ダイナスクリーン・HIV-1/2
●抗トレポネーマパリダム抗体検出；ダイナスクリーン・TPAb
●骨代謝マーカー NTx 検出;オステオマーク NTx 血清,オステオマーク
●尿中の LH 検出；クリアビュー EASY LH ●尿中の hCG 検出；クリアビュー EASY HCG ●便潜血検出；ダイナスクリーン・ヘモ

Invitrogen Dynal AS / ㈱ベリタス

Box 114 Smestad N-0309 Oslo, Norway

設立年月日：	1986年
資本金：	
代表者名：	Nick Ecos
従業員数：	
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.invitrogen.com
工場所在地：	Ullernschausseen 52, 0379 Oslo, Norway
	TEL：
研究所所在地：	Ullernschausseen 52, 0380 Oslo, Norway
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：+4722061110(9am-4pm CET) FAX：+4722519505
	日本代理店　：　㈱ベリタス営業本部/技術営業部
	TEL：03—3593—3211　FAX：03—3593—3216
	E-mail：yousukesato@veritastk.co.jp

〔展示主要商品〕

自動化に対応した表面活性化超常磁性ポリマービーズ　Dynabeads

特長：この磁性ビーズは，抗体，抗原蛋白質，レクチンなど種々の物を化学結合や物理吸着でビーズ表面に結合することができます。
磁石より迅速に回収，磁石を離せば磁性は残らずビーズは再分散，粒径および表面形状が均一であることから高い再現性を持ち，臨床検査機器による自動化を可能にします。

〔取扱い商品〕

Dynabeads-MyOne™Streptavidin T1
Dynabeads-MyOne™Streptavidin C1
Dynabeads-MyOne™Tosylactivated
Dynabeads-MyOne™Carboxylic Acid
Dynabeads-M280 Tosylactivated　Dynabeads-M280 Streptavidin
Dynabeads-M270 Carboxylic Acid　Dynabeads-M270 Amine
Dynabeads-M270 Streptavidin
Dynabeads-M270 Epoxy　Dynabeads-ProteinA　Dynabeads-ProteinG

ウイスマー研究所

〒113-0033 東京都文京区本郷3—3—12 K's ビルディング 7F

設立年月日：	1997年2月7日
資本金：	400万円
代表者名：	関 泰一
従業員数：	9名
E—mail：	info@wismerll.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.wismerll.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒113-0033：東京都文京区本郷3—3—12 K's ビルディング 7F
	TEL：03—5802—7331　FAX：03—5802—7332
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：

〔展示主要商品〕

活性酸素・フリーラジカル自動分析装置／FRAS4

特長：1滴量の血液から，酸化ストレス度，抗酸化力を簡単，短時間に測定。

VEOLIA WATER Solutions & Technologies ELGA ヴェオリア・ウォーター・ソリューション&テクノロジー株式会社

〒108-0022 東京都港区海岸3—20—20

設立年月日：	2001年8月31日
資本金：	1億円
代表者名：	ホイル・ベ
従業員数：	35名
E—mail：	info@elgalabwater.com
URL(ホームページ)：	http://www.elgalabwater.com
工場所在地：	Lane End Industrial Park High Wycombe, HP14 3BY, UK
	TEL：+44 1494 887500
研究所所在地：	Lane End Industrial Park High Wycombe, HP14 3BY, UK
	TEL：+44 1494 887500　FAX：+44 1494 887505
商品問合せ先：	担当部門　：　エルガ・ラボウォーター事業部
	TEL：090—8010—2064　FAX：03—5441—7071

〔展示主要商品〕

純水製造装置／MEDICA（メディカ）

特長：臨床検査用自動分析機専用の純水装置として最適な機能を搭載。分析機の機種ごとに異なる純水使用量に対応し，7*l*～200*l*/時まで3シリーズを用意し，複数機による検査システムにも完全対応。

〔取扱い商品〕

臨床検査分析機専用純水装置　MEDICA シリーズ

MEDICA-R，MEDICA-D：

純水製造能力7*l*，15*l*/時のタイプで小型の分析機に最適な装置です。L字型タンクを用いて省スペースを実現。卓上で使用できます。-Dタイプは脱ガス機能付きです。

MEDICA Pro：

純水製造量30*l*，60*l*，120*l* の3タイプで毎分4*l* の給水能力があります。80cm×80cm×40cm のコンパクトボディに50*l* の貯水タンクを内蔵し，省スペースを実現しました。

MEDICA-R 200：

純水製造量200*l*/時，毎分20*l* の給水能力があります。350*l* タンクを内蔵しても，180cm×80cm×90cm のスリムボディです。

ウシオ電機株式会社

〒100-8150 東京都千代田区大手町２－６－１

設立年月日：	1964（昭和39年）年３月
資本金：	195億円
代表者名：	代表取締役社長　菅田 史郎
従業員数：	4,782名
E－mail：	banalyst@ushio.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.ushio.co.jp
工場所在地：	〒671-0224：姫路市別所町佐土1194
	TEL：079－252－4381（代表）
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：　同上　FAX：079－253－6262
商品問合せ先：	担当部門　：メディカル BU 営業部
	TEL：03－3242－0694　FAX：03－3242－2700

〔展示主要商品〕

移動式遠心方式臨床化学分析装置／バナリスト

特長：バイオチップを血液分析に応用。測定装置に遠心分離機構を有しており，全血検体を使用して，画期的な簡便操作を実現しました。また，必要採血量も世界最少級です。

〔取扱い商品〕

☆バナリストエース

- バナリストエースは遠心分離器と測定器の一体型コンパクト設計です。
- 全血をチップにセットするだけで測定できる「かんたん操作」なので，どなたでも測定できます。
- チップの中で血液を試薬に混合させて，装置内を血液が巡回しないので故障しくい設計になっていますので，煩わしいメンテナンス作業の負担を劇的に減少させました。
- チップはそのまま医療用廃棄物として廃棄できるので，血液感染のリスクを減らせます。
- 採血量は4～10μL で，CRP と hsCRP が測定できます。
- 2010年冬には HbA_{1c} も発売予定です。今後，測定項目も順次追加予定です。

A&T 株式会社 エイアンドティー

〒220-0005 横浜市西区南幸２－20－５　東伸24ビル

設立年月日：	1978年５月25日
資本金：	５億7,761万円
代表者名：	代表取締役社長　礒村　健二
従業員数：	359名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.aandt.co.jp/
工場所在地：	〒023-1101：奥州市江刺区岩谷堂字松長根63－２
	TEL：0197－35－0005
研究所所在地：	〒252-0816：藤沢市遠藤2023－１
	TEL：0466－86－8660
商品問合せ先：	担当部門　：営業ユニット
	TEL：045－317－1253　FAX：045－317－1280

〔展示主要商品〕

臨床検査情報システム／CLINILAN
検体検査自動化システム／CLINILOG

〔取扱い商品〕

統合型 検査室リソースプランニングシステム	：CLINILAN LRP Suite
検体検査自動化システム	：CLINILOG
分析前工程 統合管理モジュール	：MPAM
電解質分析装置	：EA07
グルコース分析装置	：GA05，GA08II
化学発光免疫測定装置	：MI02
血液凝固分析装置	：CG02，CG101
血球計数装置	：MYTHIC18(J)，MYTHIC22OT(J)，MYTHIC22CT(J)
臨床検査試薬	：生化学検査試薬，免疫血清検査試薬
血液凝固分析装置専用試薬	：ドライヘマト

栄研化学株式会社

〒110-8408 東京都台東区台東4－19－9 山口ビル7

設立年月日：	昭和14年2月20日
資本金：	68億9,773万円
代表者名：	代表執行役社長　寺本　哲也
従業員数：	633名
E－mail：	webmaster@eiken.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.eiken.co.jp
工場所在地：	〒329-0114：下都賀郡野木町野木143
	TEL：0280－56－1221　FAX：0280－56－0443
研究所所在地：	〒329-0114：下都賀郡野木町野木143
	TEL：0280－56－1221　FAX：0280－56－0443
商品問合せ先：	担当部門　：　営業管理室
	TEL：03－5846－3261　FAX：03－5846－3273

〔展示主要商品〕

新型フローセル採用　全自動尿分析装置／US-3100R plus

特長：高度な画像解析能力をベースに10%超の処理能力拡大で大量検体への対応もパワーアップした全自動尿分析装置です。①276検体／時間の高速処理能力　②新型フローセル採用　③2タイプの試験紙でランダム測定可能　④最低必要量が1mLの微量検体測定　⑤健診最適なモード設定　⑥尿中有形成分分析装置と搬送接続可能

移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置／OCセンサーio

特長：小さくてもフルオートの便潜血測定装置です。①88検体/時間のサイズを超える処理能力　②測定中でも検体ラック，反応セルが追加可能　③バーコードリーダーによる検体管理を採用　④安全性から廃棄まで国際基準に準拠

品質の向上を重ねて　便潜血測定装置／OCセンサーDIANA

特長：高性能のままコンパクト。省力化とサイズダウンを同時に実現しました。①280検体／時間の高速連続測定　②試薬バーコード登録による検量線管理機能　③検量線は希釈から測定までフルオート，さらにリトライモード搭載　④検査効率を高める分析中追加・緊急割込機能　⑤分析中の精度管理確認も可能　⑥インターロック機能採用

株式会社エクセルクリエイツ

Excel Creates

〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2－3－5 第18松屋ビル1005号

設立年月日：	平成16年4月
資本金：	1,300万円
代表者名：	棚田　誠
従業員数：	15名
E－mail：	tanada@excel-creates.jp
URL(ホームページ)：	http://www.excel-creates.jp
工場所在地：	〒542-0061：大阪市中央区安堂寺町2－3－5
	TEL：06－6766－2202
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：06－6766－2202　FAX：06－6766－2201

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／FORZ

特長：検体検査データ・健診データ・画像データを1台のPCで管理でき，検索することができます。

〔取扱い商品〕

臨床検査システム
健診システム
画像ファイリングシステム
在庫管理システム

エッペンドルフ株式会社

〒101-0031 東京都千代田区東神田2－4－5

設立年月日：	1997年7月1日
資本金：	4億円
代表者名：	アンドレアス　クリューガー
従業員数：	40名
E－mail：	info@eppendorf.jp
URL(ホームページ)：	http://www.eppendorf.com/jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング
	TEL：03－5825－2361　　FAX：03－5825－2365

〔展示主要商品〕

マイクロピペット／リファレンス

特長：高い精度，スムーズなストローク，コンパクトで強いボディー。ピペット全体がオートクレーブ可能です。単一のボタンで，サンプルの吸引，排出，チップのエジェクトを行います。

〔取扱い商品〕

マイクロピペット　リサーチF／V／M：チップのエジェクトを別のボタンで行うピペットです。マルチチャンネルのタイプも用意しています。ピペット下部のボトムパーツはオートクレーブ可能です。

マイクロ遠心機　5430：PCRチューブからコニカルチューブ，マイクロプレートの遠心など様々なアプリケーションに対応します。

汎用遠心機　5702：コンパクトで省スペースな汎用遠心機です。

連続分注ピペット　マルチペットプラス4981：専用チップ，コンビチッププラスを使い，1μLから10mLまで112通りの分注が可能です。

電動連続分注ピペット　マルチペット　stream／Xstream：ダイアルで分注モードの選択ができます。2,500通り以上の分注が可能です。

EPSON エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6－24－1　西新宿三井ビル24F

設立年月日：	1983年5月20日
資本金：	40億円
代表者名：	平野　精一
従業員数：	1,553名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.epson.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　インフォメーションセンター
	TEL：050－3155－7020

〔展示主要商品〕

サーマルラベルプリンタ／TM-L90

特長：TM-L90はコンパクトなサーマルラベルプリンタ。最大毎秒150mmの高速印字でバーコードや2次元シンボルなどもスピーディーに印刷でき，検体ラベルや医療材のパッケージラベルなどに最適なプリンタです。また，型取されていない全面ラベルロール紙にも対応しオートカッターで様々なサイズのラベルを出力することができます。

業務用カラーインクジェットプリンター／TM-C3400

特長：TM-C3400は横幅25.5cmの小型業務用インクジェットプリンター。ロール紙・ファンフォールド紙に対応し様々な用途でお使い頂けます。最大92mm/秒の高速印刷で，様々な情報をラベルに出力する事が可能です。また，顔料インクを採用し耐水性・保存性にも優れています。

〔取扱い商品〕

エプソンはビジネスの現場で生まれる様々なニーズにきめ細かく応えるために，幅広いラインナップで先進のプリンタ機能を提供。更に各種ドライバやユーティリティ等，開発者にとって万全の開発環境を整えております。

・サーマルレシートラベルプリンタ各種・インクジェットレシートプリンタ各種・ドットインパクトプリンタ各種

株式会社 エル・エム・エス

〒113-0033 東京都文京区本郷3—6—7 田中ビル

設立年月日：	1985年12月
資本金：	2億9,800万円
代表者名：	朝比奈 幸一郎
従業員数：	126名
E—mail：	info@lms.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.lms.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： DS事業部
	TEL：03—5802—2741 FAX：03—5802—2773

〔展示主要商品〕

血小板凝集能測定装置／ヘマトレーサー712

特長：・2濃度解析法によって低コストで高精度なデータが得られます。
・「正常・異常判定モード」と「薬効判定モード」を搭載し，それぞれ測定結果を9クラスに分類します。

〔取扱い商品〕

・血小板凝集能測定装置（ヘマトレーサーシリーズ）
・血液凝固測定装置（KCシリーズ）
・赤血球沈降速度測定装置（ベスマティックシリーズ）
・血小板凝集能関連試薬

Ortho Clinical Diagnostics

a Johnson & Johnson company

〒101-0065 東京都千代田区西神田3—5—2

設立年月日：	1981年3月
資本金：	10億円
代表者名：	日色 保
従業員数：	230名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.ocd.co.jp
工場所在地：	
研究所所在地：	
商品問合せ先：	担当部門：お客様サポートセンター TEL：0120—03—6527

〔展示主要商品〕

ビトロス® 5600，ビトロス3600，ビトロス5, 1FS，オーソ® オートビュー® イノーバ，BTDX

〔取扱い商品〕

全自動免疫生化学統合システム：ビトロス5600

全自動化学発光免疫測定システム：ビトロス3600，ECiQ／化学発光の全自動測定機器で，心疾患，癌，感染症，甲状腺疾患，婦人疾患等の検査で使用。試薬の冷蔵機能や自動在庫管理機能が付き，検査室のあらゆる省力化を可能。検体，発光試薬等の分注量，発光量など監視し，品質の高い検査結果報告を保証するインテリチェック機能採用。

全自動臨床化学分析装置：ビトロス5, 1FS／多層フィルム式。

ビトロス® 5, 1FS／多層フィルム式ドライケミストリー測定に加え，完全ウォーターレスで液状試薬分析が可能になったハイブリッド型機器。生化学や薬物血中濃度測定，血漿蛋白，HbA_{1c}等が測定可能。

感染症検査関連製品：C型肝炎ウイルスの抗体，抗原の検出に関し，お客様のニーズに対応。

全自動輸血検査システム：オーソ® オートビュー® イノーバ／日本語ソフトによる簡単操作を実現したWalkAway全自動輸血検査システム。ABO式，Rh式血液型，不規則抗体スクリーニング，交差適合試験等を測定。

株式会社オネスト

〒113-0033 東京都文京区本郷4－9－25 真成館ビル4F

設立年月日：	平成2年3月1日
資本金：	7,000万円
代表者名：	代表取締役　本間大二郎
従業員数：	264名
E－mail：	info@honest.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.honest.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療システム部
	TEL：03—5689—5903　　FAX：03—5689—5993

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／ハートレー，感染管理支援システム／ICTweb

特長：ハートレーは，電子カルテ時代に対応したセキュリティを備え，検体検査作業の流れを熟知した画面構成となっており，各種アラート機能も充実させ，効率化と臨床サービスの向上をサポートします。
ICTwebは，微生物検査システム「アスティ」の検査データを基本として，投薬情報，バイタル情報，転科転棟情報，治療経過などを一元管理し，院内感染対策に有用な情報を視覚的に提供するとともに，日々のラウンド情報を取込み，時系列的にアウトブレイクの早期発見と感染予防を支援するシステムです。

〔取扱い商品〕
HONESTメディカルシステムシリーズ
①臨床検査総合管理システム「HARTLEY／ハートレー」
②感染管理支援システム「ICTweb／アイシーティ・ウェブ」
③微生物総合管理システム「ASTY／アスティ」
④生理検査総合管理システム「Phyls／フィルス」
⑤輸血部門総合管理システム「RhoOBA／ルーバ」
⑥病理部門総合管理システム

オルガノ株式会社

Ecologically Clean ORGANO

〒136-8631 東京都江東区新砂1－2－8

設立年月日：	昭和21年5月1日
資本金：	82億2,549万円
代表者名：	代表取締役社長　橋本 喜代志
従業員数：	869名
E－mail：	kiki-1@organo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kikiweb.organo.co.jp
工場所在地：	〒300-2646：つくば市緑ヶ原2－3
	TEL：0298—47—8381
研究所所在地：	〒229-0012：相模原市西大沼4－4－1
	TEL：042—702—7820　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　機能商品事業部
	TEL：03—5635—5191　　FAX：03—3699—7220

〔展示主要商品〕

キャビネットタイプ純水製造装置／ピュアライトPRO-0100

特長：血液自動分析装置用に最適でRO（逆浸透膜）とイオン交換純水器で構成された高品質純水製造装置です。
送水ポンプや運転信号ケーブルなどのオプションを備えており，手軽な純水製造装置です。

〔取扱い商品〕
ラボラトリ用超純水製造装置「PURELAB Ultra」キャビネットタイプ純水製造装置「ピュアライト」「ミニクリア」カートリッジ純水器「Gシリーズ」RO装置「オスモクリア」自動再生純水製造装置「メガサーク」「MBAシリーズ」「ストラタG」自動再生軟水装置「SATシリーズ」「SAAシリーズ」ホモジナイザー「EXNIZER400」ATP測定器「OR-100」ハンディタイプ電気伝導率計「スイケンサ」カップ式自販機用浄水器「オルガノフィルター」ミクロフィルター「ミクロポア」

その他　ろ過装置　大型超純水製造装置　排水処理装置
水処理薬品　イオン交換樹脂　など

株式会社カイノス

〒113-0033 東京都文京区本郷2—38—18

設立年月日：	昭和50年5月1日
資本金：	8億3,141万円
代表者名：	中村 利通
従業員数：	134名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. kainos. co. jp
工場所在地：	〒309-1635：笠間市稲田字弥六内3—5 笠間西工業団地
	TEL：0296—74—4811　FAX：0296-74-4871
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：0296—74—4882　FAX：0296—74—4885
商品問合せ先：	担当部門　：学術部
	TEL：03—3816—4480　FAX：03—3816—6544

〔展示主要商品〕

生化学的検査試薬／アクアオートカイノスシリーズ

〔取扱い商品〕

1．生化学的検査試薬／アクアオートカイノスシリーズ，カイノスオートシリーズ，1,5AG 測定試薬他
2．EIA 試薬／FGF-23，ADAMTS-13，CLEIA 試薬／HISCL-2000i 用試薬（PSA，AFP，CEA 他）
3．免疫血清検査試薬／マストイムノシステムズII-S（アレルゲン特異IgE 測定試薬），ヒタザイムクラミジア Ab，ヒタザイムクラミジアニューモニエ，セラテスタム梅毒，CRP，ASO，RF,FDP，P-FDP，D ダイマー，FX III
4．遺伝子試薬・機器／スイフトジーンノロウイルス（ノロウイルス検出試薬），NASBA Amplification キット（核酸増幅試薬），Extragen II（核酸抽出キット），ニュークリセンス MINIMAG，EasyQ 他
5．POCT 検査試薬／スタットチェックストレップ A，スタットマーク FLU スティック AB，スタットマーク RSV スティック，スタットマークアデノスティック
6．機器／CA90，CA180，CA400（生化学自動分析装置），HISCL-2000i（CLEIA）

関東化学株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3—11—5（マルサンビル）

設立年月日：	昭和19年11月13日
資本金：	10億円
代表者名：	野澤 俊太郎
従業員数：	1,075名
E—mail：	diag-info@gms.kanto.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kanto.co.jp
工場所在地：	〒259-1146：伊勢原市鈴川21
	TEL：0463—94—8531
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：同上　FAX：0463—94—2751
商品問合せ先：	担当部門　：ライフサイエンス部 技術課
	TEL：03—3667—8061　FAX：03—3667—6891

〔展示主要商品〕

BiOLiS 12i

特長：二次元バーコードにより検量線・試薬ロット・有効期限などを管理した液状試薬によるクローズドシステムです。

〔取扱い商品〕

自動分析装置用試薬
　生化学試薬
　　シカリキッド　シリーズ
　　シカフィット　シリーズ
　免疫学試薬
　　サイアス　シリーズ

協和メデックス株式会社

〒104-6004 東京都中央区晴海1－8－10(晴海トリトンスクエアX-4F)

設立年月日：	昭和56年4月1日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	山口　正仁
従業員数：	300名
E－mail：	mxinfo@kyowa-kirin.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kyowamx.co.jp
工場所在地：	〒411-0932：駿東郡長泉町南一色600－1
	TEL：055－988－6000　FAX：055－988－6005
研究所所在地：	〒411-0932：駿東郡長泉町南一色600－1
	TEL：055－988－6018　FAX：055－988－6020
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03－6219－7602　FAX：03－6219－7614

〔展示主要商品〕

HbA_{1c}分析装置：A_{1c} GEARK と DM-JACK Ex
血液凝固分析装置：COAGTRON-180及び350
全自動化学発光免疫測定装置：CL-JACK,
全自動便中ヒトヘモグロビン分析装置：HM-JACKarc

特長：A_{1c} GEAR は，グリコヘモグロビンの POCT 分析装置です。
：COAGTRON は，4種の分析能を持つ血液凝固分析装置です。
：各区分の分析装置を6種類出展する予定です。

〔取扱い商品〕

1．**生化学検査試薬**＊脂質検査項目：HDL-C，LDL-C 他
＊糖尿病検査項目：HbA_{1c}，GLU 他＊生化学検査各種項目
2．**免疫検査試薬**＊ ADVIA Centaur-XP・CP と各種試薬の販売。
＊ EIA プレート全自動分析装置：AP-96・AP-X。
3．尿試験紙ウロピースSと専用測定装置，UR-S600の販売。
便潜血測定装置：HM-JACK の販売。血液凝固試薬はトリニティー製品の販売と全自動血液凝固分析装置 COAGTRON-180の販売。
4．**日臨技データ共有化管理資料** ACCURUN シリーズ Infectrol。

極東製薬工業株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7－8

設立年月日：	昭和27年7月12日
資本金：	7億8,300万円
代表者名：	菊地　博
従業員数：	250名
E－mail：	info@kyokutoseiyaku.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kyokutoseiyaku.co.jp
工場所在地：	〒318-0004：高萩市大字上手綱字朝山3333－26
	TEL：0293－23－0911
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：0293－23－0909　FAX：0293－23－7324
商品問合せ先：	担当部門　：　営業学術部
	TEL：03－5645－5664　FAX：03－5645－5703

〔展示主要商品〕

自動分析用風疹ウイルス抗体測定試薬／ランピアラテックス RUBELLA

特長：抗風疹ウイルス抗体を汎用自動装置で測定できます。
HI 法との相関が良好で，連続数値が得られるため客観性が高く，精度管理上も便利です。
また，WHO の国際標準に基づく国際単位を採用していますので，NCCLS の基準値を参照するなど国際比較も可能です。

〔取扱い商品〕

1．生化学検査用試薬／ランピアシリーズ，ビアンコーレシリーズ，その他
2．免疫血清検査用試薬／ランピアシリーズ，メディエースシリーズ，その他
3．微生物学的検査用試薬各種
4．真空採血管／インセパックシリーズ

KUBOTA 久保田商事株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3—29—9

設立年月日：	昭和37年3月12日
資本金：	5,000万円
代表者名：	久保田 史彦
従業員数：	
E—mail：	sales@kubotacorp.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kubotacorp.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部
	TEL：03—3815—1331　　FAX：03—3814—2574

〔展示主要商品〕

多本架遠心機／モデル5930・8730・4000/4200

特長：各種チューブがバイオハザード対策用のシールドカバー内で使えます。バイオハザード対策用HEPAフィルタ付き［クラスI］の安全キャビネットがセットできます。(オプション)

〔取扱い商品〕

KUBOTAブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売と，ガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販売しています。遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナップで，ますます多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

取り扱い商品は，下記のとおりです。

高速冷却遠心機，大容量冷却遠心機，ハイキャパシティ遠心機，ユニバーサル冷却遠心機，テーブルトップ遠心機，パーソナル冷却遠心機，卓上小型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心機，免疫血液学用遠心機，超音波発生装置，ガラス器具用全自動洗浄機各種，その他の理化学機器

CLINIQA™ CLINIQA Corporation

設立年月日：	1974年
資本金：	
代表者名：	Kerin Gould
従業員数：	
E—mail：	kgould@cliniqa.com
URL(ホームページ)：	www.cliniqa.com
工場所在地：	288 Distributin Street San Marcos, California 92078
	TEL：760—744—1900　　FAX：760—571—5197
研究所所在地：	同上
	同上
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：760—571—5216　　FAX：760—571—5197
	日本代理店　：　㈱ペリタス営業本部／技術営業部
	TEL：03—3593—3211　　FAX：03—3593—3216

〔展示主要商品〕

液状コントロール／キャリブレータ／Tumor Marker Control／Cardiac Marker Control

特長：1．2～8℃保存で24ケ月安定な液状品
2．マルチコントロール

〔取扱い商品〕

1．Immunology Control
　測定項目：23項目，3濃度
2．Tumor Marker Control
　測定項目：14項目，3濃度
3．Cardiac Marker Control
　測定項目：6項目，3濃度
4．hCG Control
　測定項目：hCG，3濃度
5．hs-CRP Control
　測定項目：hs-CRP，3濃度
6．Combined Apo AI/Apo B Controls
　測定項目：Apo AI/Apo B，3濃度

株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン

〒106-0047 東京都港区南麻布2－4－5 皆川ビル5F

設立年月日：	昭和58年6月1日
資本金：	4,000万円
代表者名：	古畑 達雄
従業員数：	10名
E－mail：	info@knf.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.knf.co.jp
工場所在地：	〒
	TEL：
研究所所在地：	〒
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門：営業部
	TEL：03－5443－5661

〔展示主要商品〕

ダイアフラム式ポンプ

特長：血液分析，生化学分析，免疫化学分析装置内での洗浄用途などで広くご好評頂いているダイアフラム式ポンプです。接液部の材質がPTFE，PVDFなど種類が豊富なため，次亜塩素酸など腐蝕性の高い洗浄液でも問題なく送液できます。さらに長寿命，音が静か，小型でパワフル，メンテナンスフリーなどの特徴があります。

〔取扱い商品〕

ダイアフラム式真空ポンプ
ダイアフラム式コンプレッサー
ダイアフラム式送液ポンプ
ダイアフラム式定量ポンプ

興和株式會社

〒460-8625 名古屋市中区錦3－6－29

設立年月日：	昭和14年11月
資本金：	38億4,000万円
代表者名：	三輪 芳弘
従業員数：	2,100名
E－mail：	life@kowa.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kowa.co.jp
工場所在地：	〒　：
	TEL：　FAX：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　医用機器営業部営業第二課
	TEL：03－5623－8054　FAX：03－5623－8050

〔展示主要商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置／PA-200

特長：1．血小板活性化に伴う自然凝集の測定が可能。
2．粒度分布凝集塊の大きさと数が測定できる。
小凝集から中凝集，大凝集塊への形成過程が観察できる。
3．血小板凝集能の強弱を評価するデータ解析機能搭載。
4．従来の濁度方式も同時測定。

〔取扱い商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置　PA-200，PA-20

コージンバイオ株式会社

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5－1－3

設立年月日：	1981年4月20日
資本金：	1億500万円
代表者名：	中村　孝人
従業員数：	75名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.kohjin-bio.co.jp
工場所在地：	〒350-0214：坂戸市千代田5－1－3
	TEL：049－284－3781
研究所所在地：	同上
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　微生物事業部
	TEL：049－284－3781　　FAX：049－284－4784

〔展示主要商品〕

全自動血液培養検査装置／バーサトレック240タイプ

特長：細菌増殖に伴うボトル中のガス圧の変化で検出するため，偽陽性，偽陰性が少ない。また好気ボトルは“スターラバー”による攪拌培養のため，好気性菌，真菌類の検出率が高く，しかも迅速検出が可能である。

〔取扱い商品〕

組織培養培地
　無血清培地・体外受精用培地・マウスES細菌用培地
　リンパ球培養用培地・培養関連製品
細胞傷害性測定機器「テラスキャン」
微生物用培地
　各種平板培地・各種試験管培地
動物血液・血清・血漿
抗体受託サービス

小林クリエイト株式会社

〒448-8656 刈谷市小垣江町北高根115

設立年月日：	昭和21年4月1日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	小林 祥浩
従業員数：	1,500名
E－mail：	iryou@k-cr.jp
URL(ホームページ)：	http://k-cr.jp/cgi-bin/iryo/topics.cgi
工場所在地：	〒448-8656：刈谷市小垣江町北高根115
	TEL：0566－26－5310
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療市場開発営業部
	TEL：03－3553－5871　　FAX：03－3553－2635

〔展示主要商品〕

採血業務支援システム／i・pres with

特長：自動貼り付け管種数が8種類の採血管準備システムです。制御PCと本体の一体化や，機器サイズ，メンテエリアの見直しで，設置スペースが更に小さくなりました。更に患者サービス向上，医療安全に不可欠な採血室表示照合システムと連携し，採血業務に従事する方々を支援します。

〔取扱い商品〕

1．システム開発
　・臨床検査システム　SIMS　・検査報告照会システム　TRAS
　・バーコードラベル発行システム
　・巡回健診支援システム　T-MES
　・EAN128バーコード発行システム
　・臨床参考データ換算システム　CRCS
2．臨床検査自動化システム対応各種装置
　・検体ラベルプリンター　KPシリーズ，ipシリーズ
　・検体ラベル自動貼り付け装置　VLシリーズ
　・採血業務支援システム　i・pres
3．医療用コンピュータ用紙，OMR／OCR用紙，検体ラベル各種，各種カード，医療用記録紙

株式会社 三和化学研究所

〒461-8631 名古屋市東区東外堀町35

設立年月日：	昭和28年12月
資本金：	1億108万円
代表者名：	代表取締役社長　山本 一雄
従業員数：	1,215名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.skk-net.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　コンタクトセンター
	TEL：052—951—8130　　FAX：052—950—1305

〔展示主要商品〕

グリコヘモグロビン A_{1c}分析装置／A_{1c} GEAR S
移動式遠心方式臨床化学分析装置／バナリストエース

特長：A_{1c} GEAR S：微量全血1μL で測定可能，簡単操作でメンテナンス不要
バナリストエース：μ-TAS 技術導入による微量血液検査システム

〔取扱い商品〕
○尿分析装置　ビジュアルリーダー
○血糖自己測定器　・グルテストエース R
　・グルテスト PROR
　・グルテスト Neo
○グリコヘモグロビン A_{1c}分析装置　A_{1c} GEAR S
○移動式遠心方式臨床化学分析装置　バナリストエース

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

〒169-0073 東京都新宿区百人町３－25－１ サンケンビルヂング

設立年月日：	1998年４月１日
資本金：	5,000万円
代表者名：	代表取締役　渡邊　温子
従業員数：	167名(2009年１月現在)
E－mail：	Tech-jp@ge.com
URL(ホームページ)：	http://www.gelifesciences.co.jp
工場所在地：	〒　　：Maidstone, Kent, England　他
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：Maidstone, Kent, England　他
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　バイオダイレクトライン
	TEL：03—5331—9336　　FAX：03—5331—9370

〔展示主要商品〕

イムノクロマト用メンブレン

特長：弊社では，イムノクロマトキットの部材でご使用頂ける，メンブレンおよび各種フィルタを取り揃えております。特に，イムノポアとプリマは，ラテラルフロー用に開発したメンブレンであり，国内国外で幅広い採用実績を誇る，新しいメンブレンです。

〔取扱い商品〕ラテラルフロー用メンブレン（特徴のあるグレードを数種類，ご用意しております）
フュージョン５（イムノクロマトキットに必要な５つの機能を有した万能フィルタです）
コンジュゲートリリースパット（放出量を向上したパットです）
血球分離用フィルタ（血液量に応じて，お選びいただけます）
吸水パット（セルロース繊維とガラス繊維の混合紙です）
サンプル採取紙（検体の採取・保存用途に最適です）
FTA 製品（血液等から DNA 分離・精製・保存・輸送が室温で可能）
サイクロポア(均一な孔径を有したフィルタ，薬剤徐放用途などに)
医療デバイス用フィルタ(バクテリア除去・加湿用途などに)
プロテインアレイ（タンパク質間相互作用をスライドで大量処理）
フィルタ内蔵プレート（アッセイキットの効率化に）

シグマ・アルドリッチジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2－2－24　天王洲セントラルタワー4F

設立年月日：	1978年9月
資本金：	1億円
代表者名：	張　恒雄
従業員数：	250名
E－mail：	genosysjp@sial.com
URL(ホームページ)：	http://www.genosys.jp
工場所在地：	〒061-3241：石狩市新港西1丁目777－13
	TEL：0120－730－860
研究所所在地：	同上
	TEL：
商品問合せ先：	同上
	TEL：　　FAX：

〔展示主要商品〕

遺伝子研究用カスタムオリゴ／MDx-Oligo

特長：①遺伝子検査グレードの高品質およびハイスペック，②製造プロセスをカスタマイズ，プロセスのトレーサビリティを確認，④品質検査方法，品質基準をカスタマイズ，品質証明証添付

〔取扱い商品〕

遺伝子検査研究用カスタムオリゴDNA

診断薬製造用原料

バイオロジカルバッファー（Tris，HEPES，PIPS，MOPS）

界面活性剤（CHAPS，CHES，Tritonなど）

防腐剤（Proclinなど）

各種酵素，基質

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

〒141-8673 東京都品川区東五反田3－20－14

設立年月日：	2007年7月1日
資本金：	
代表者名：	代表取締役社長 最高経営責任者　コン・グリラキス
従業員数：	299名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.siemens.co.jp/diagnostics
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様支援センター
	TEL：0120－543－455　FAX：0120－506－155

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

臨床検査試薬，医療機器，医療用ディスポーザブル製品，生化学検査製品(ディメンションビスタ1500，ディメンションXpand Plus，ディメンションRxLMax，ディメンションEXL LM，ストラタスCS)，免疫検査製品（ADVIAケンタウルスXP，CP，イムライズ2000，BNプロスペック，BNII，BEPIII)，尿検査製品（クリニテックシリーズ，エームス尿検査試験紙）血液学検査製品（ADVIA2120i）血液ガス・電解質分析/データマネジメント製品（ラピッドラボ1200シリーズ，ラピッドポイント400シリーズ，ラピッドコム)，血中薬物検査製品（Viva-E)，微生物検査（マイクロスキャンWalkAway40/96Plus，autoSCAN-4)

シスメックス株式会社

sysmex 〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1

設立年月日：	昭和43年2月20日
資本金：	86億5,100万円（2008年3月31日現在）
代表者名：	代表取締役社長　家次　恒
従業員数：	1,871名（2008年5月31日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sysmex.co.jp
工場所在地：	〒675-0011：加古川市野口町北野314－2
	TEL：079－424－1171(代表)
研究所所在地：	〒651-2271：神戸市西区高塚台4－4－4
	TEL：078－991－1911
商品問合せ先：	担当部門　：　国内事業推進本部
	TEL：078－992－6124　　FAX：078－992－6159

〔展示主要商品〕

総合血液学検査システム／HS トランスポーテーションシステム

特長：血球計数，白血球分類，網赤血球・有核赤血球測定，塗抹標本の作製染色をオーダーに従って連続で自動処理できる総合的な血液検査システムであり，血液検査の効率化に有用である。

〔取扱い商品〕

総合血液学検査システム
多項目自動血球分析装置
全自動尿中有形成分分析装置
全自動血液凝固測定装置・血液凝固・線溶関連試薬
免疫凝集測定装置・酵素免疫測定装置・免疫試薬
臨床検査情報システム　　血液検査用データ処理装置
血液細胞画像ファイリングシステム
血液ガス分析装置・電解質分析装置
輸血検査関連試薬・血清学関連試薬・生化学関連試薬
用手法細菌検査キット：アピ／ID32シリーズ（同定），ID32シリーズ（感受性），ラテックス凝集法　スライデックスシリーズ（検出）
自動細菌分析装置：バイテック／バイテック2／バイテック2コンパクト（同定・感受性），バクテアラート3D（血液培養・抗酸菌培養）

シスメックス・ビオメリュー株式会社

BIOMÉRIEUX 〒141-0032 東京都品川区大崎1－2－2　大崎セントラルタワー8F

設立年月日：	1988年10月4日
資本金：	4億8,000万円
代表者名：	代表取締役社長　神田 博
従業員数：	40名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sysmex-biomerieux.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　臨床マーケティング部
	TEL：03－6834－2666　　FAX：03－6834－2667

〔取扱い商品〕・生培地各種

- 用手法細菌検査キット：アピ／ID32シリーズ（同定），ID32シリーズ（感受性），ラテックス凝集法　スライデックスシリーズ（検出）
- 自動細菌分析装置：バイテック2／バイテック2コンパクト（同定・感受性），バクテアラート3D（血液培養・抗酸菌培養），PREVI カラーグラム（グラム染色），PREVI イソラ（塗抹）
- 自動免疫蛍光測定装置：ミニバイダス／バイダス(感染症(HAV, HBV, HIV, TORC, クラミジア他)・各種ホルモン測定, 心筋マーカー他)
- 情報処理システム：バイオリンク3（オンライン・疫学統計）
- 遺伝子検査関連装置：ニュークリセンス miniMAG（磁性シリカ核酸抽出），ニュークリセンス easy MAG（磁性シリカ自動核酸抽出），ニュークリセンス EasyQ（リアルタイム遺伝子増幅・検出）
  DiversiLab（自動細菌タイピング装置）

株式会社 柴崎製作所

〒369-1242 深谷市北根12—5

設立年月日：	昭和32年6月10日
資本金：	4,200万円
代表者名：	代表取締役　柴崎 昌彦
従業員数：	24名
E—mail：	info@precision-shibazaki.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.precision-shibazaki.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：048—584—2211　　FAX：048—584—0229

〔展示主要商品〕

分注装置／前工程処理装置

特長：多彩なバリエーションの分注機能をとりそろえています。搬送，キャップの開閉栓，攪拌や洗浄といった前処理工程に必要な機能の開発製作が可能です。

〔取扱い商品〕

・凝集法の分注希釈装置
・小型小分け装置
・非接触微量分注装置
・マイクロプレート ELISA 用分注装置

株式会社 常光

〒113-0033 東京都文京区本郷3—19—4

設立年月日：	昭和23年12月9日
資本金：	1億5,000万円
代表者名：	服部 健彦
従業員数：	220名
E—mail：	mail@jokoh.com
URL(ホームページ)：	http://www.jokoh.com
工場所在地：	〒439-0037：菊川市西方154
	TEL：0537—36—1577
研究所所在地：	〒213-8588：川崎市高津区宇奈根731—1
	TEL：044—811—9211　　FAX：044—811—9209
商品問合せ先：	担当部門　：　営業サービス本部
	TEL：044—811—9211　　FAX：044—811—9209

〔展示主要商品〕

病理検査の即日診断のニーズにお応えする　Histra-QS

特長：パラフィン標本による病理検査の即日診断のニーズにお応えします。超音波による薬液浸透促進効果を利用しているため，バイオプシー検体であれば約1時間で固定からパラフィン浸透まで終了します。手術材の迅速パラフィン浸透にも対応できます。病理検査で特に時間のかかる脱灰に応用した Histra-DC もございます。

〔取扱い商品〕

＊全自動電気泳動装置：CTE-9800，CTE-2800，CTE-880
＊血液ガス分析装置：携帯型アーマ2000
＊電解質分析装置：(Na，K，Cl)：EX-D（透析モード付き），EX-Z
＊電解質分析装置：(Na，K，Ca)：EX-Ca（透析モード付き）
＊自動血沈計：モニター12，モニター20，モニター40，モニター100(レート法)
＊リポ蛋白分画精密測定試薬キット：リポフォー
＊アルフォス分画精密測定試薬キット：アルフォー
＊自動固定包埋装置：Histra-QS　＊迅速脱灰・脱脂・固定装置：Histra-DC
＊密閉型自動固定・洗浄装置：Histra-FX

株式会社3Rプロデュース

〒120-0036 東京都足立区千住仲町24—2

設立年月日：	平成19年4月20日
資本金：	500万円
代表者名：	内山富雄
従業員数：	5名
E—mail：	t.uchiyama@3r-produce.co.jp
URL(ホームページ)：	www.3r-produce.co.jp
工場所在地：	
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　代表取締役
	TEL：03—5244—6877　　FAX：03—5244—6890

〔展示主要商品〕

ワンプッシュ・コネクター／SottoTouch

特長：軽く押すだけでスーッと閉められ，軽くひねるだけでフワッと開けられる技術。医療向け容器等に最適である。

〔取扱い商品〕

検体容器を商品として企画中。

積水メディカル株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋3—13—5 KDX日本橋313ビル

設立年月日：	2008年4月1日
資本金：	12億7,500万円
代表者名：	福田 睦
従業員数：	823名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sekisuimedical.jp/
工場所在地：	〒301-0852：竜ヶ崎市向陽台3—3—1（つくば工場）
	TEL：0297—62—7551
研究所所在地：	同　上　（つくば研究所）
	〒746-0006：周南市開成町4560（徳山研究所）
	TEL：0834—63—8841
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部
	TEL：03—3272—0827　　FAX：03—3281—0510

〔展示主要商品〕

ラピッドピア，糖尿病関連，血液凝固自動分析装置コアプレスタ2000 他

〔取扱い商品〕

糖尿病領域（測定装置）ラピッドピア（試薬）ラピッドチップBNP，ノルディアN HbA_{1c}，U-ALB，シスタチンC，ルシカGA，MI他

メタボ領域（測定装置）日立クリニカルアナライザーS40，M40，H9000（試薬）コレステストNHDL，LDL，CHO，TG，酸化LDLエライザ「第一」他

血液領域（測定装置）コアプレスタ2000（試薬）ナノピア（P-FDP，Dダイマー），テストチームS AT III，APL，PLG，プロテインC，コアグピア（PT-S，APTT-S，複合Tテスト，複合Hテスト，Fbg）他

リウマチ領域（試薬）パナクリアMMP-3「ラテックス」，ナノピア「KL-6」エーザイ

POCT（感染症）領域（試薬）ラピッドテスタ（FLUスティック，FLU II，RSV-アデノ，ロタ-アデノ，ストレップA，hsアデノ）

○TDM：ナノピア，セディア，ディーアールアイTDM

○遺伝子：インベーダーUGT1A1アッセイ，UGT1A1＊27判定試薬

○採血管：インセパックII-D SQ，SQ-H

CELLAVISION セラビジョン・ジャパン㈱

〒220-8120 横浜市西区みなとみらい２－２－１ランドマークタワー20F

設立年月日：	2008年３月14日
資本金：	1,000万円
代表者名：	松本 耕一
従業員数：	２名
E－mail：	koichi.matsumoto@cellavision.SE
URL(ホームページ)：	cellavision.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：　　FAX：

〔展示主要商品〕

血液像分類装置／CellaVision® DM96

特長：自動顕微鏡に精巧なデジタルイメージ分析技術と最先端の人工頭脳を組み合わせた全自動血液像分類システムです。

SERO AS

Stasjonsveien 44, 1375 Billingstad, Norway

設立年月日：	1963年
資本金：	
代表者名：	
従業員数：	30名
E－mail：	a.doval@sero.no/seronorm@seronorm.no
URL(ホームページ)：	http://www.sero.no
工場所在地：	Stasjonsveien 44, 1375 Billingstad, Norway
	TEL：+47 66858900　　FAX：+47 66982201
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：　　FAX：

〔展示主要商品〕

Control materials (clinical chemistry, lipids, immunoassay, immunology, CRP, trace elements, ...)

特長：high quality immunoassay controls

〔取扱い商品〕

株式会社セントラル科学貿易

〒111-0052 東京都台東区柳橋1－8－1

設立年月日：	昭和42年6月20日
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役　下田　孝一郎
従業員数：	
E－mail：	tokyo@cscjp.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.cscjp.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　バイオメディカルサイエンス部
	TEL：03—5820—1500　　FAX：03—5820—1515

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

○全自動電解質分析装置　PVA-EX II
○生化学自動分析装置　Piccolo xpress
○マルチドロップ384/S60スタッカー
○ M384アトラスウォッシャー/タイタンスタッカー
○高精度分析装置　Digiflex TP（アベルケンダル用）
○空中浮遊菌採取装置　RCS エアーサンプラー
○小型ヘマトクリット用遠心機　HemataSTAT II
○高速遠心機　プラズマプレップ
○プレートリーダー，ウォッシャー
○細胞破砕システム　ポリトロン，ブランソン
○微量送液ポンプシステム
○ディスポ製品（ストックウェル，コパン社）
○ミキサー（チューブ，プレート），シェーカー，ファインボルテックス

DAISEN SANGYO 大扇産業株式会社

〒534-0021 大阪市都島区都島本通1－15－17

設立年月日：	1963年
資本金：	8,000万円
代表者名：	代表取締役　合田 昭男
従業員数：	30名
E－mail：	info-medical@daisen-sangyo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.daisen-sangyo.co.jp.
工場所在地：	〒930-0401：中新川郡上市町広野新269
	TEL：0764—73—0336
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル事業部
	TEL：03—5276—0202　　FAX：03—5276—0203

〔展示主要商品〕

自動開栓装置／ARD シリーズ

特長：ゴム栓タイプ真空採血管のゴム栓を自動で開栓します。開栓時の血清等の飛散や検体間のコンタミを防止します。

〔取扱い商品〕

〈検体前処理システム〉
○自動開栓装置（APN シリーズ）　フィルム栓用（卓上型含む）
（ARD シリーズ）　ゴム栓用・プラスチック栓（ヘモガード）用（卓上型を含む）
○自動検体シーラー（ATS100）
○検体自動仕分装置（HANDSOME／ハンサム）
〈成形品〉
○分注用ロングチューブ
○シーラー用テープ
○ピペッティングチップ（200μ，1000μ，3500μ）
○検査用各種チューブ

株式会社タニタ

〒174-8630 東京都板橋区前野町1—14—2

設立年月日：	1923年3月
資本金：	5,100万円
代表者名：	谷田 千里
従業員数：	1,200名（グループ）
E—mail：	kentaro@tanita.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.tanita.co.jp
工場所在地：	〒014-0113：大仙市堀見内字下田茂木添28—1
	TEL：0187—66—2144
研究所所在地：	〒174-8630：板橋区前野町1—14—2
	TEL：03—3558—8111　FAX：03—3558—0335
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様サービス相談室
	TEL：03—3967—9655

〔展示主要商品〕

尿糖計／携帯型デジタル尿糖計

特長：尿中に含まれるグルコースを0～2000mg/dLの範囲で測定します

〔取扱い商品〕

体組成計（家庭用・業務用）/ヘルスメーター/ベビースケール/尿糖計/歩数計/消費カロリー計/血圧計/体温計/タイマー/アルコールセンサ/塩素計/温湿度計/塩分計/体内脂肪計/精密体重計/他

株式会社テクノメディカ

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5—5—1

設立年月日：	昭和62年9月8日
資本金：	10億6,980万円
代表者名：	實吉 繁幸
従業員数：	135名
E—mail：	info@TechnoMedica.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.TechnoMedica.co.jp
工場所在地：	〒　： TEL：
研究所所在地：	〒224-0041：横浜市都筑区仲町台5—4—9
	TEL：045—948—5901
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：045—948—1961　FAX：045—948—1962

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC・ROBO-787

特長：採血情報に基づき自動的に採血管を選択してラベルを印刷，貼りつけして1患者ごとにトレイに準備できます。高速処理能力，豊富なオプションがあり，シェアは80%あります。

〔取扱い商品〕

●オールインワン型採血管準備システム；BC・ROBO-787●自動採血管準備装置；BC・ROBO-686●自動採血管準備装置；BC・ROBO-888●小型採血管準備システム；BC・ROBO-mini40●採血採尿アシストソリューションシステム●自動検体仕分け装置；SS・ROBO-800●ハルンカップラベラ；HARN-710●自動尿分取装置；UA・ROBO-600B●全自動尿分析・分取装置；UA・ROBO-700i●一般検査前処理システム；UA・LABELER-1●PIS患者認識システム●全自動pH／血液ガス分析装置；GASTAT-600，GASTAT-601，GASTAT-602i，GASTAT-603ie，GASTAT-604ox●電解質分析装置；STAX-3●ポータブルハンディ型血液分析器；GASTAT-mini●自動血沈測定装置；ESR-quick 15●赤血球沈降速度測定機ESR-6000BP●赤沈自動測定装置；Quick eye

生研 デンカ生研株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3－4－2

設立年月日：	昭和25年2月11日
資本金：	10億円
代表者名：	代表取締役社長 佐塚 政太郎
従業員数：	498名
E－mail：	info@denka-seiken.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.denka-seiken.co.jp
工場所在地：	〒959-1695：五泉市南本町1－2－2
	TEL：0250－43－4111
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 学術営業推進部
	TEL：03－3669－9091 FAX：03－3664－1023

〔展示主要商品〕

デュアルCHO T&L「生研」

特長：LDL-コレステロールと総コレステロールの同時測定用試薬です。1試薬で2項目の結果報告が可能に！

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」

TP，ALB，CRE，UA，GLU，TG，T-CHO，LDL，HDL，PL，Mg，IP，GOT，GPT，LD，ALP，γ-GT，CK，AMY

ラテックス試薬シリーズ

CRP，RF，ASO，AFP，BMG，Mb，IgE，FER，Lp(a)，αMi

TIA試薬シリーズ

IgG，IgA，IgM，C3，C4，U-ALB

TOMAS 東京貿易機械株式会社

〒104-8510 東京都中央区八丁堀2－13－8

設立年月日：	平成18年10月1日
資本金：	4億円
代表者名：	取締役社長 五阿弥 英也
従業員数：	約100名（関連会社含む）
E－mail：	ono-y@tokyo-boeki.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.tokyo-boeki-kikai.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒197-0823：あきる野市野辺569－6
	TEL：042－532－8271 FAX：042－532－8234
商品問合せ先：	担当部門 ： メディカル機器事業部
	TEL：03－3555－7353 FAX：03－3555－7367

〔展示主要商品〕

多機能自動分析装置ビオリス24iプレミアム，ビオリス12i

ビオリス24iプレミアム特徴

①処理能力：240テスト/時（ISE項目を含む場合400テスト/時）
②同時測定項目数：36項目または24項目＋ISE 3項目（オプション）
③測光系の改良により，当社比最大40%の反応液の微量化を実現
④サイズ：800W×670D×520H(mm)
⑤パソコンによる簡単操作（更に操作を簡易化した夜間モード有）
⑥国内約380台，海外(60余ヵ国）約2800台の合計3200台以上の販売実績

ビオリス12i特徴

①処理能力：90テスト/時（ISEを同時測定する場合100テスト／時）
②同時測定項目数：15項目＋ISE 3項目（オプション）
③サイズ：520W×605D×435H(mm)
④小規模検査室，クリニック等に最適

ビオリスシリーズ共通の特徴

①多彩なオプション：専用検査報告書システム，専用純水装置等
②反応液の空気圧攪拌：攪拌子を用いない空気圧攪拌システム
利点 攪拌子が原因となるキャリーオーバー回避・攪拌子のための洗浄水不要

東芝メディカルシステムズ株式会社

〒324-8550 大田原市下石上1385

設立年月日：	昭和23年9月23日
資本金：	207億円
代表者名：	小松 研一
従業員数：	約3,300名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.toshiba-medical.co.jp/tmd/index.html
工場所在地：	〒324-8550：大田原市下石上1385
	TEL：0287—26—6211　FAX：0287—26—6050
研究所所在地：	同上
	TEL：　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　検体検査システム事業部
	TEL：0287—26—5021　FAX：0287—26—5026

〔展示主要商品〕

自動分析装置　TBA™-c16000（c シリーズ）

特長：検体間キャリーオーバの低減により，化学発光免疫測定機能の追加が可能。ピックアップ方式のインテリジェントラックサンプラーにより，検体の操作性が飛躍的に向上できる。

〔取扱い商品〕

医用検体検査機器，診断用X線装置，CT撮影装置，磁気共鳴画像診断装置（MRI），超音波画像診断装置，核医学診断用装置，治療用機器，医用コンピュータ・システム

東ソー株式会社

TOSOH

〒105-8623 東京都港区芝3—8—2

設立年月日：	昭和10年2月11日
資本金：	406億円
代表者名：	代表取締役社長 宇田川　憲一
従業員数：	2,543名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.tosoh.co.jp
工場所在地：	〒746-8501：周南市開成町4560
（他2工場）	TEL：0834—63—9800
研究所所在地：	〒252-1123：綾瀬市早川2743—1
（他2研究所）	TEL：0467—77—2211
商品問合せ先：	担当部門　：　バイオサイエンス事業部 営業部
	TEL：03—5427—5181　FAX：03—5427—5220

〔展示主要商品〕

自動EIA装置AIA-360，自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G8

特長：小型，高精度で診療前検査をはじめ迅速測定に最適。

〔取扱い商品〕

①自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-360）
②全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-600II）
③全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-2000）
④酵素免疫測定用試薬（Eテスト「TOSOH」IIシリーズ）
⑤東ソー自動グリコヘモグロビン分析計（HLC-723G8）
⑥東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC-725CA II）
⑦TRCRリアルタイムモニター（TRCRapid-160）
⑧核酸検出試薬（TRCRapidシリーズ／TRCtestシリーズ）

東洋器材科学株式会社

TOYO KIZAI

〒335-0003 蕨市南町４－７－10

設立年月日：	昭和47年12月１日
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役社長 佐藤 英輔
従業員数：	45名
E－mail：	tykkizai@toyo-kizai.co.jp
URL(ホームページ)：	http//www.toyo-kizai.co.jp
工場所在地：	〒335-0003：蕨市南町４－７－10
	TEL：048－447－3381
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：048－447－3381　　FAX：048－431－4685

〔展示主要商品〕

エコ採便管，スピッツ，サンプルカップ各種

特長：技師の方々にも引けを取らない塗布精度と処理能力の自動検便塗布装置とそれに適した採便管です。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品

・スピッツ
・スポイト
・チューブ
・シャーレ
・サンプルカップ
・採便管
・カップ類
・採水瓶
・スワブ

TOYOBO 東洋紡 東洋紡績株式会社

〒530-8230 大阪市北区堂島浜２－２－８

設立年月日：	1914年６月１日
資本金：	433億円
代表者名：	取締役社長　坂本 龍三
従業員数：	3,124名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.toyobo.co.jp
工場所在地：	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7641
研究所所在地：	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7643
商品問合せ先：	担当部門　：　診断システム事業部
	TEL：06－6348－3335　　FAX：06－6348－3833

〔展示主要商品〕

尿中有形成分分析装置：U-SCANNER II

特長：1)検体分取から画像解析判定まで全てを自動化いたしました。2)Auto Focus機能装備の顕微鏡画像を高精度画像解析プログラムで解析します。3)赤血球（均一，変形）・白血球・上皮細胞（扁平，移行，尿細管）・円柱（硝子，ろう様，顆粒）・結晶・細菌と充実した測定項目です。4)撮像画像を保存できますので，再検目視が可能となり，低再検率化に成功しました。以上の性能を有する“U-SCANNER II”は尿検査の効率化に有用です。

〔取扱い商品〕

・尿中有形成分分析装置：U-SCANNER II
・ニコカード　HbA_{1c}
・ニコカード　CRP
・アフィニオン　（HbA_{1c}，CRP）
・多項目自動分析装置：TYB-9，TYB-18，TYB-40

トリナ・バイオリアクティブス日本支社
(CHプロジェクトマネジメント社内)

〒100-0014 東京都千代田区永田町2—17—8

設立年月日：	1994年
資本金：	1,000万スイスフラン
代表者名：	ハイジ・フルッキガー
従業員数：	12名
E—mail：	trina@alles.or.jp
URL(ホームページ)：	http://www.trinabio.com
工場所在地：	本社と同じ
	TEL：
研究所所在地：	本社と同じ
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　日本営業部　富澤崇人
	TEL：(日本語直通) +41-44-942 38 64 TEL：(代表) +41-44-905 20 10　FAX：+41—44—905 20 11
	TEL：03—3503—5628　FAX：03—3503—1575

〔展示主要商品〕

加工バルクベース血清／トリナベース

特長：IVD試薬のコントロール・キャリブレーターのバルク原料用として，カスタム依頼で一定の項目をゼロレベル・指定レベルに合わせたバルク血清

〔取扱い商品〕

1. バルク人血清・血漿
2. バルク陽性人血漿
3. バルク蛋白（抗原）・抗体
4. 中間処理のバルクカスタムコントロール原料

日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野3—23—9

設立年月日：	1935（昭和10）年4月6日
資本金：	44億5,000万円
代表者名：	佐々　義廣
従業員数：	353名
E—mail：	diag-sale@nissui-pharm.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nissui-pharm.co.jp
工場所在地：	〒307-0036：結城市北南茂呂1075—2
	TEL：0296—35—1221　FAX：0296—35—1217
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：0296—35—1225　FAX：0296—35—1579
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部学術グループ
	TEL：03—5846—5707　FAX：03—5846—5629

〔展示主要商品〕

全自動迅速同定感受性測定装置／ライサス

特長：①同定・感受性結果を最短3時間で得ることができます
②菌液をセットするだけで，自動的に希釈・分注・培養・測定・回収を行います。
③ストレプトコッカス属やヘモフィルス属の自動測定が可能です。

〔取扱い商品〕

蛍光免疫測定装置：エバネットEV20
全自動エンザイムイムノアッセイ装置：AIA-2000
AIA-600II
AIA-360
精度管理用凍結管理血清：L-コンセーラI EX，II EX
L-スイトロールI，II，II EX
L-トライロールEX
細菌培養用生培地：ニッスイプレートシリーズ
ニッスイ分画プレートシリーズ

ニットーボーメディカル株式会社

〒102-0073 東京都千代田区九段北3－2－11

設立年月日：	昭和62年8月28日
資本金：	3億円
代表者名：	片山 勝博
従業員数：	60名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.nittobo-nmd.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　学術グループ
	TEL：03－3238－4541　　FAX：03－3238－4591

〔展示主要商品〕

栄養アセスメント蛋白 等

特長：汎用の自動分析装置で簡単に測定可能です。

〔取扱い商品〕

生化学系液状試薬（CRE，BUN，CPK他）
免疫比濁法試薬（免疫グロブリンG，A，M，C3，C4，Tf，PreAlb他）
Latex免疫比濁法試薬（CRP，RF，ASO，β_2-m，RBP等）
血液凝固因子測定試薬（AT－III，PLG等）
腫瘍マーカー（CSLEX）
理化学用洗浄剤
尿沈渣管
血管位置検出器具

NIPPN ニップンテクノクラスタ株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1－30－5 千寿ビル4F

設立年月日：	1998年1月5日
資本金：	3,000万円
代表者名：	久保田 肇
従業員数：	21名
E－mail：	info@nippntechno.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nippntechno.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
アプリケーションラボ：	〒169-0075：新宿区高田馬場1－30－5　千寿ビル5階
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：03－5287－6761　　FAX：03－5287－6765

〔展示主要商品〕

イムノクロマト法テストストリップ用研究開発装置／製造システム

特長：急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究／開発から製造ラインまで，個々のモジュールを組合せることにより，トータルシステムとして供給することのできる世界唯一の専門メーカーです。

〔取扱い商品〕

- イムノクロマト法テストストリップの研究開発／製造システム
- Bangs Laboratories社　各種Microspheres
- Adhesives Research社　各種粘着テープ
- Adualytix社　Single Cell PCR

NIPRO ニプロ株式会社

〒531-8510 大阪市北区本庄西3－9－3

設立年月日：	昭和29年7月8日
資本金：	286億6,300万円
代表者名：	佐野 實
従業員数：	2,080名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.nipro.co.jp/
工場所在地：	〒018-5794：大館市二井田字羽貫谷地8－7
	TEL：0186－49－5111
研究所所在地：	〒525-0055：草津市野路町3023
	TEL：077－564－0500
商品問合せ先：	担当部門 ： 検査商品開発営業部
	TEL：06－6373－3168 FAX：06－6373－8978

〔展示主要商品〕

採血管・採血針ホルダー付・生化学・免疫検査試薬

〔取扱い商品〕

各種ディスポーザブル医療器具。体外診断薬，医薬品。
人工腎臓用装置，ダイアライザー等。

NIHON KOHDEN 日本光電工業株式会社

〒161-8560 東京都新宿区西落合1－31－4

設立年月日：	1951年8月7日
資本金：	75億4,400万円（2008年9月30日現在）
代表者名：	鈴木 文雄
従業員数：	3,591名（グループ）（2008年9月30日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.nihonkohden.co.jp/
工場所在地：	〒 ：富岡市，鶴ヶ島市，深谷市
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 企画センタ
	TEL：03－5996－8028 FAX：03－5996－8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK-8222，MEK-7222，MEK-6400，CRP-3100

特長：血球計数装置は小型機から白血球5分類を含む22項目全自動測定機までをラインナップ，CRP測定器は微量の全血（必要検体量は5μL）で全自動測定が行えるなど，Celltacシリーズは機種を豊富に取りそろえています。いずれも高機能・高精度でありながら簡単・迅速・低ランニングコスト。ひとにやさしく環境にもやさしい検査装置です。Celltacはルーチン検査や緊急検査，主装置のバックアップ機として最適な使用環境を提供いたします。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位・筋電図検査装置，心電計，検体検査装置，モニタリング機器，人工呼吸器，除細動器，AED（自動体外式除細動器），心臓ペースメーカ，運動負荷試験システム，画像診断装置，心カテ室関連機器，救命救急機器，基礎医学研究用機器，各種センサなど

財団法人日本適合性認定協会

JAB

〒141-0022 東京都品川区東五反田1—22—1　五反田ANビル3F

設立年月日：	平成5年11月1日
資本金：	1億1,435万円
代表者名：	金井　務
従業員数：	52名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.jab.or.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　認定センター
	TEL：03—3442—1217　　FAX：03—5475—2780

〔展示主要商品〕

特長：

〔取扱い商品〕

・臨床検査室，試験所，検査機関の認定および登録
・マネジメントシステム認証機関，要員認証機関の認定および登録
・製品認証機関の認定および登録
・MRA法に基づく指定調査業務（国の代行業務）

JEOL 日本電子株式会社

〒196-8558 昭島市武蔵野3—1—2

設立年月日：	昭和24年5月30日
資本金：	67億4,000万円
代表者名：	代表取締役社長兼COO 栗原 権右衛門
従業員数：	3,103名
E—mail：	webmaster@jeol.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.jeol.co.jp/
工場所在地：	〒196-8558：昭島市武蔵野3—1—2
	TEL：042—543—1111
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：042-542-2316　　FAX：042-542-2386
商品問合せ先：	担当部門　：　医用機器ソリューション営業本部
	TEL：042—528—3325　　FAX：042—526—5096

〔展示主要商品〕

自動分析装置／BioMajesty JCA-BMシリーズ
臨床検査情報処理システム／JCS-50L，他

特長：自動分析装置BioMajesty® シリーズは，反応液量の微量化と高速処理を実現し，患者さんの負担減と検査の効率化に貢献いたします。

〔取扱い商品〕

■自動分析装置　BioMajesty JCA-BM/6070/6050/6010/8000シリーズ（8060/8040/8030/8020）
■検体ラックハンドラ：CA-RA100，101，200，300，600
■検体自動搬送システム　JLA-701T
■臨床検査情報処理システム　JCS-50L
■全自動アミノ酸分析機　JLC-500/V
■電子顕微鏡／表面分析装置／元素・構造分析装置／クロマト装置
素子製造装置／評価・検査装置／高周波応用装置／電子・イオンビーム応用装置・医用診断装置

PALL 日本ポール株式会社　ポール ライフサイエンス カンパニー

〒141-0031 東京都品川区西五反田1－5－1

設立年月日：	1982年7月1日
資本金：	11億2,000万円
代表者名：	川田　典昭
従業員数：	412名
E－mail：	reiji_kobayashi@ap.pall.com
URL(ホームページ)：	http://www.pall.com
工場所在地：	〒300-0315：稲敷郡阿見町大字香澄の里46
	TEL：029－889－0001
研究所所在地：	〒300-0315：稲敷郡阿見町大字香澄の里46
	TEL：029－889－1951
商品問合せ先：	担当部門　：　製薬フィルター事業部ラボ製品グループ
	TEL：03－3495－8319　　FAX：03－3495－8301

〔展示主要商品〕

イムノクロマト用血漿分離膜・ニトロセルロース膜・コンジュゲートパッド・吸収パッド，血球除去膜，各種メンブレン，抗体精製用クロマトグラフィーカラム，限外ろ過製品

特長：ポールは臨床検査に重要な抗体精製プロセスの効率化とコストダウンを提案します。抗体精製用クロマト担体としてMEP HyperCelはプロテインA/Gに比べ性能面・価格面で優位性を示し，限外ろ過デバイス（遠心ろ過製品・TFFシステム）は抗体溶液のバッファー交換・濃縮等に威力を発揮します。

〔取扱い商品〕

ポール独自のメンブレン技術により臨床検査キットに適した多孔質メンブレンを各種取り揃えております。特に血漿分離膜Vivid PSは，溶血を抑えたスムーズな血球分離性能により，全血を対象とした緊急検査用イムノクロマトキットの部材として最適です。使用目的に応じてGF，GX，GRの3種類のタイプからお選びいただけます。また，昨年よりニトロセルロース膜もラインアップし，イムノクロマトキットに必要なすべてのメンブレンを幅広くご提供することが可能になりました。製品形態もお客様のニーズに応じて，ストリップ状から最長150Mのロールまで柔軟に対応いたします。

MILLIPORE 日本ミリポア株式会社

〒108-0073 東京都港区三田1－4－28 三田国際ビルヂング

設立年月日：	平成13年1月30日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	代表取締役社長　嶋田 敏明
従業員数：	180名
E－mail：	jpmcom@millipore.com
URL(ホームページ)：	http://www. millipore. com/nihon
工場所在地：	カルフォルニア(アメリカ)，コーク(アイルランド)，モルシャイム(フランス)他
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：ダイアグノスティックビジネスユニット・ラボラトリーウォーター事業本部
	TEL：0120-633-358（・イムノクロマトグラフィー用各種部材 ・体外診断薬製造用抗体，試薬など），0120-013-148（純水・超純水製造装置）
	FAX：03-5442-9736

〔展示主要商品〕

イムノクロマトグラフィー用メンブレン，超純水・純水製造装置

特長：イムノクロマトグラフィーを用いた検査薬に推奨されているミリポアのHi-Flow Plusメンブレンは，高い再現性をもち，優れたアッセイの効果が得られます。また，その他の各種ミリポアメンブレンの製品群もOEM用としてご利用頂けます。

新たに加わった体外診断薬製造用の各種試薬では，数多い抗体のラインナップと広範囲で非特異吸着をブロックするブロッキング試薬をご提供することができます。

高純水製造装置ElixUVは，RO-EDI-UV方式による安定した純水精製を実現。コンパクトかつメンテナンス性に優れ，自動生化学分析装置や自動洗浄器との接続に適しています。

〔取扱い商品〕

○**イムノクロマトグラフィー用各種部材**・イムノクロマトグラフィー用メンブレン・サンプルパッド・コンジュゲーションパッド・吸収パッド

○**体外診断薬製造用各種試薬**

・一次抗体　・二次抗体　・ブロッキング試薬　・各種受託サービスなど

○**超純水・純水製造装置**（Elix UV，RiOs-DI Clinical，AFS）

ニューコン株式会社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5—41—12

設立年月日：	1991年12月
資本金：	3億円（2007年3月末現在）
代表者名：	代表取締役社長　王 春華
従業員数：	180名
E—mail：	nc-med@newcon.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.newcon.co.jp
工場所在地：	〒116-0014：荒川区東日暮里5—41—12
	TEL：03—3805—2584
研究所所在地：	
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療システム事業部
	TEL：03—3805—2590　　FAX：03—3805—2685

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／hi-Labo シリーズ

特長：400システムの納入実績と30年間のノウハウを継承したサーバー／クライアント方式の臨床検査システム。Windows2003，XP，Vista 対応。ユーザーの希望によるあらゆるカスタマイズが可能。

〔取扱い商品〕

① 臨床検査システム　　Hi-Labo-S／Hi-Labo-P
② 輸血製剤管理支援システム　　HD-TRANS®
③ 病理検査管理支援システム　　HISTOMATIC
④ 総合健診システム　　K-Exam-Plus®
⑤ Web ドクター支援システム
⑥ 細菌検査システム
⑦ 生理検査予約システム
⑧ 採血検査システム
⑨ 在庫管理システム

nova biomedical ノバ・バイオメディカル株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井6—26—2 大森ベルポートB館3F

設立年月日：	昭和63年6月10日
資本金：	1,000万円
代表者名：	和田　典之
従業員数：	35名
E—mail：	info@novabiomedical.co.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部
	TEL：03—5471—5461　　FAX：03—5471—5474

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／スタットプロファイル CCX

特長：イオン化マグネシウム測定をはじめ最大19項目を測定可能。また BUN を同時測定し浸透圧を演算表示できる。

POCT グルコース測定装置／スタットストリップ，スタットストリップエクスプレス

特長：ヘマトクリット，マルトース，PAM 等の干渉物質の影響を排除し正確に血糖測定を行うことができる。

〔取扱い商品〕

全自動血液ガス分析装置
イオン化マグネシウム／電解質測定装置／

BIO-RAD バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2—2—24 天王洲セントラルタワー

設立年月日：	1979年10月16日
資本金：	4億円
代表者名：	鈴木 貞史
従業員数：	150名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.bio-rad.com
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 診断薬事業部
	フリーダイアル；0120—925046 FAX：03—5463—8481

〔展示主要商品〕

精度管理用コントロール／凍結乾燥及び液状シリーズ，マイクロプレートEIA分析装置

特長：検査室のニーズに対応する充実した幅広い製品ラインナップとUNITY PCを利用した精度管理システム

〔取扱い商品〕

①各種精度管理用コントロール
②精度管理用PCプログラム “UNITY”
③精度管理用プログラム “EQAS”
④抗核抗体検査試薬（IFA）
⑤自己抗体関連試薬（ELISA）
⑥全自動マイクロプレートEIA分析装置 Evolis
⑦自動マイクロプレートEIA／IFA装置PhDシステム
⑧グリコヘモグロビン分析装置 Variant II turbo/D-10
⑨ノバパス1575マイクロプレートウォッシャー
⑩微生物迅速検査キット
⑪輸血検査試薬

BioTec バイオテック株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2—29—4 古沢ビル

設立年月日：	1979年3月1日
資本金：	3,000万円
代表者名：	長倉 誠
従業員数：	19名
E—mail：	info@biotec.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.biotec.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： L&B事業部
	TEL：03—3816—6931 FAX：03—3818—4554

〔展示主要商品〕

自動分注装置／ELISA用プレート洗浄装置

〔取扱い商品〕

■ELISA用機器
セラウォッシャーMW-96シリーズ
オートミニウォッシャーシリーズ
■分注装置（創薬ゲノム関連）
マルチステージ・ディスペンスステーションADS-384-8
テーブルトップ・ディスペンサーEDR-384S II
■分注装置（プロテオーム関連）
■マイクロアッセイシステム機器

株式会社バイロクエスト

〒541-0047 大阪市中央区淡路町２－２－５

設立年月日：	2008（平成20）年７月30日
資本金：	500万円
代表者名：	上田　勇治郎
従業員数：	５名
E－mail：	info@viroquest.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.viroquest.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門
	TEL：06－6152－9940　　FAX：06－6152－9941

〔展示主要商品〕

試験研究用試薬

特長：HIV 及びウイルス感染症研究用の試薬及びキット，クリニカルサンプル及び血清，血しょうなどのサンプルの案内とカタログなど。

〔取扱い商品〕

HIV 及びウイルス感染症研究用の試薬・キット，クリニカルサンプル，及び各種パネルなど。

浜松ホトニクス株式会社

〒430-8587 浜松市中区砂山町325－６　日本生命ビル

設立年月日：	1953年９月29日
資本金：	349億2,600万円
代表者名：	晝馬　輝夫
従業員数：	2,580名
E－mail：	salespro@etd.hpk.co.jp
URL(ホームページ)：	http://jp.hamamatsu.com/
工場所在地：	〒438-0193：磐田市下神増314－5
	TEL：0539－62－5245
研究所所在地：	〒434-8601：浜松市浜北区平口5000
	TEL：053－586－7111　　FAX：053－586－6180
商品問合せ先：	担当部門　：　電子管営業部
	TEL：0539－62－5245　　FAX：0539－62－2205

〔展示主要商品〕

イムノクロマトリーダ　C10066

特長：イムノクロマト試薬の研究開発・品質管理に最適なツール

①イムノクロマト試験片の発色強度を短時間に高感度で定量測定。

②測定データを CSV ファイルで保存する為，市販の表計算ソフトウェアで簡単に解析。

③検量線グラフ，タイムコースグラフの描画が簡単。

〔取扱い商品〕

■光電子増倍管，光電子増倍管モジュール，マイクロチャンネルプレート，紫外線センサ，精密測光用光源，スポット光源，マイクロフォーカス X 線源，静電気除去装置，イメージインテンシファイア，Si フォトダイオード，APD，フォト IC と関連製品，イメージセンサ，PSD（位置検出素子），赤外線検出素子，LED，光通信デバイス，車載用デバイス，ミニ分光器，X 線フラットパネルセンサ，応用製品・モジュール

■計測用ビデオカメラ，画像処理装置，ストリークカメラ，光学計測システム，イメージング&解析システム，医療用測定装置

日立ハイテク　株式会社 日立ハイテクノロジーズ

〒105-8717 東京都港区西新橋1—24—14

設立年月日：	昭和22年4月12日
資本金：	79億円
代表者名：	執行役社長　大林　秀仁
従業員数：	4,629名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.hitachi-hitec.com/science/
工場所在地：	〒312-8504：ひたちなか市市毛882
	TEL：029—273—2111
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　科学システム営業統括本部
	TEL：03—3504—7211　　FAX：03—3504—7756

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置

特長：医療の現場において，診療や検査における品質管理の向上が求められている中，従来別個の業務であった機器システムと専用試薬の導入・運用管理を一体化。IT技術を駆使して試薬選定～分析条件設定～精度管理～保守管理（メンテナンス・予防保全）に至る一連の業務の効率性・信頼性を向上させ，臨床検査の質の向上に貢献する血液自動分析システムです。また，ISO15189（臨床検査室—質と適合能力に対する特定要求事項）などの規格や規制適用に対しても，分析条件，精度管理などの明確化により貢献します。

〔取扱い商品〕

株式会社日立ハイテクノロジーズは，新しい時代に適合したユニークなハイテク企業であり，最先端技術を駆使する設計・製造機能と最先端ソリューションを提供する商社機能の融合により半導体製造装置やバイオ関連製品などのナノテクノロジー分野において，開発から製造，販売，サービスまでの一貫体制を構築いたしました。また，生化学自動分析装置をはじめとする多種多用な臨床用医用機器，DNAシーケンサ，さらに限りない可能性を秘めるバイオ分野にも，信頼性の高い技術サービスをお届けしています。

Humasis Co., Ltd.

Rm. 504, Shinwon Vision Tower 898, Hogye-Dong Dongon-Gu, Anyang-Si, Gyeonggi-Do, 431-836, Korea

設立年月日：	
資本金：	
代表者名：	Kim Mun Hwan
従業員数：	
E—mail：	question@humasis.com
URL(ホームページ)：	http://www.humasis.com
工場所在地：	
	TEL：+82—31—478—8591 FAX：+82—31—478—8586
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　Lucy, Yang
	TEL：+82—31—478—8591 FAX：+82—31—478—8586

〔展示主要商品〕

Rapid quantitative reader based on Immunochromatographic assays, Rapid test-Fertility, AMI, Tumor, Infectious disease.

特長：Point of Care Testing-Quantitative Cardiac Reader：it is designed to provide rapid quantitative results for membrane-based lateral flow immunochromatographic assays.

Hubi-Quan PRO is useful for quick decisions in the physician's office or in hospital emergency and critical care settings.

Phadia ファディア株式会社

〒163-1431 東京都新宿区西新宿3—20—2　東京オペラシティタワー

設立年月日：	平成16年3月10日
資本金：	4億9,900万円
代表者名：	岩井　浩一
従業員数：	約60名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.phadia.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　自己免疫診断事業室
	TEL：03—5365—8560　　FAX：03—5365—8336

〔展示主要商品〕

自己抗体測定機器／ユニキャップ250
自己抗体測定試薬／ユニキャップ　エリア

特長：

測定機器：①ユニキャップ250及び100は，1台で自己抗体検査とアレルギー検査の併用が可能な測定機器のため，機器の集約化に貢献します。②ユニキャップ250は，ランダムアクセスが可能な全自動機器のため，省力化，至急検査・当日再検が可能です。

自己抗体測定試薬：①アレルギー検査同様に，28日間保存可能な全項目共通標準曲線を採用しているため，標準曲線の作製・管理に必要となるウェルを削減することができます。②バキュロウイルス・昆虫発現系によるリコンビナント抗原を中心とした純度の高い抗原を使用しています。

フィンガルリンク株式会社

〒130-0005 東京都墨田区東駒形2—13—13

設立年月日：	1990年
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役　名郷根 正昭
従業員数：	48名　(2009年4月現在)
E—mail：	info@finggal-link.com
URL(ホームページ)：	http://www.finggal-link.com/
研究所所在地：	〒111-0041：台東区元浅草2—6—6 東京日産台東ビル904
(東京開発センター)	TEL：03—5806—9883　　FAX：03—3841—2956
研究所所在地：	〒020-0033：盛岡市盛岡駅前北通5—6 MDIビル
(盛岡情報開発センター)	TEL：019—626—6543　　FAX：019—626—6545
商品問合せ先：	担当部門　：　企画管理部（本社）
	TEL：03—3625—6543　　FAX：03—3625—6545

〔展示主要商品〕

全自動キャピラリー電気泳動システム／sebia Capillarys 2／Minicap
多用途電気泳動装置／sebia Hydrasys 2
赤血球沈降速度自動測定装置／Alifax Roller20 PN
止血血栓トータルマネジメントシステム／Pentapharm ROTEM-delta
血液ガス・電解質分析装置／EPOC システム

〔取扱い商品〕

■ IVD（体外診断薬&機器システム）：全自動キャピラリー電気泳動システム Capillarys 2/Minicap／多用途電気泳動装置 Hydrasys 2／赤血球沈降速度自動測定装置 Roller20 PN／止血血栓トータルマネジメントシステム ROTEM-delta／血液ガス・電解質分析装置 EPOC システム／ディスポーザブル血球計算盤 C-chip／赤血球変形能測定装置 RheoScan-D／全血血小板凝集能測定装置 WBA592・MultiPlate

■ BIS（バイオ・イメージング・ソリューション）：病理検査業務支援システム／デジタル顕微鏡カメラ&画像ファイリングシステム／テレパソロジーシステム・リアルタイム動画遠隔顕微鏡観察システム（ワープスコープ）

■ HCN（健康ネットワーク）：在宅健康増進システム（e-up 健康）／テレメトリー生体情報デバイス各種

フクダ電子株式会社®

〒113-8483 東京都文京区本郷3—39—4

設立年月日：	昭和23年7月6日
資本金：	43億8,700万円
代表者名：	福田 孝太郎
従業員数：	2,412名
E—mail：	info@fukuda.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.fukuda.co.jp
工場所在地：	〒270-1495：白井市中305—1
	TEL：047—492—2011
研究所所在地：	〒113-8420：文京区本郷2—35—8
	TEL：03—3814—1211
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様窓口
	TEL：03—5802—6600　　FAX：

〔展示主要商品〕

自動血球計数CRP測定装置／LC-667CRP，免疫発光測定装置／シオノスポットリーダー，パスファースト，電子スパイロメータ／SP-350COPD，呼気中$^{13}CO_2$分析装置／POCone

特長：LC-667CRP：全血18μLで血算と免疫（CBC+CRP）の同時測定可能。検体の前処理不要・測定時間は約240秒

パスファースト：「BNP」全血測定・17分以内スピード測定が可能。試薬カートリッジ方式採用であらゆる場所でのBNP検査が可能です。

〔取扱い商品〕

I．生体検査装置：心電計／心電図自動解析装置／ホルター心電計／ストレステストシステム／心臓カテーテル検査装置／超音波診断装置／血球計数装置／眼底カメラ／呼吸機能検査装置／睡眠ポリグラフィ／血圧脈波検査装置

II．医用モニター：ベッドサイドモニタ／医用テレメータ／生体情報モニター

III．治療装置：デフィブリレータ／ペースメーカ／人工呼吸器／酸素濃縮器／大動脈内バルーンポンプ・カテーテル／心臓カテーテル／PTCAカテーテル

IV．その他：安全点検システム／記録紙／ディスポーザブル電極／上記各装置の付属品および消耗品

FUJIFILM 富士フイルム メディカル株式会社

〒106-0031 東京都港区西麻布2—26—30

設立年月日：	昭和42年
資本金：	12億円
代表者名：	加藤　久豊
従業員数：	1,300名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://fms.fujifilm.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業推進本部　POCT部
	TEL：03—6419—8035　　FAX：03—5469—4190

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／富士ドライケム　7000／4000

特長：いかにしたら迅速な検査結果が得られるかを追求してきたドライケムは今年発売25周年を迎えました。これからも設備不要・即時検査のドライケムとして院内検査のみならず，インフルエンザを代表とする世界的な感染症：パンデミックや災害時の対策としてもより一層，お役に立てるよう努力してまいります。

〔取扱い商品〕

●測定装置

富士ドライケム　MiniNet-Neo：富士ドライケム検査データ処理支援システム

富士ドライケム　4000シリーズ：比色／電解質多項目測定機

富士ドライケム　800　：電解質専用測定機

富士ドライケム　100タイプN：アンモニア専用測定機

富士ドライケム　7000シリーズ：比色／電解質多項目測定機

●測定試薬　富士ドライケムスライド（全血用，血漿・血清用）30項目

●標準液　富士ドライケムコントロール液　QP-L，H，QN，QE

富士レビオ株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2—62—5

設立年月日：	2005年7月1日（新設分割）
資本金：	22億5,200万円
代表者名：	鈴木 博正
従業員数：	632名（2009年5月末現在）
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.fujirebio.co.jp/
工場所在地：	〒192-0031：八王子市小宮町51
	TEL：0426—45—0052
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：0426—45—0071　FAX：0426—46—8325
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様コールセンター
	TEL：0120—292—832　FAX：03—5695—9234

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定システム／ルミパルス-G1200

特長：ルミパルスG1200は，ルミパルスfの信頼の上に，さらなる簡便性と，優れたシステム設計の柔軟性を実現しました。信頼性の高い検査結果を，ご提供できるシステムとして，検査室の生産性向上に貢献いたします。

〔取扱い商品〕

〈機器〉化学発光酵素免疫測定装置：ルミパルスG1200，
ルミパルスPresto II，ルミパルスS
遺伝子検査：As-1000，Ps-1000，タイグリス™DTSシステム
免疫便潜血検査用全自動検査装置：マグストリームHT
マグストリームAS II
免疫蛍光測定装置：エバネットEV20

〈試薬〉CLEIA法試薬，イムノクロマトグラフィー法試薬，遺伝子検査試薬，蛍光免疫測定試薬，磁性粒子凝集反応試薬，PA（ゼラチン粒子凝集反応）法試薬，HA（血球凝集反応）法試薬，ラテックス凝集反応試薬，WB（ウエスタンブロット）法試薬，蛍光抗体法試薬，血液凝固線溶検査試薬，EIA法試薬，臨床化学検査試薬，抗血清，標準血液濾紙

扶桑薬品工業株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町1—7—10

設立年月日：	昭和12年3月25日
資本金：	107億5,820万円
代表者名：	戸田 幹雄
従業員数：	1,313名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.fuso-pharm.co.jp/
工場所在地：	〒536-8523：大阪市城東区森之宮2—3—11
	TEL：06—6969—1131
研究所所在地：	〒536-8523：大阪市城東区森之宮2—3—30
	TEL：06—6969—3131　FAX：06—6964—2706
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部 営業四課
	TEL：06—6969—1131　FAX：06—6969—2341

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／アイ・スタットシリーズ

特長：患者のベッドサイドで，血液ガス及び電解質などを，ごく微量の検体で，迅速，簡便，かつ正確に測定。ポイント・オブ・ケア検査に好適。

〔取扱い商品〕

■ポータブル血液分析器「アイ・スタット」
アイ・スタット1-N
電子シミュレーター
カートリッジ（9種類）
その他

■白血球中細菌核酸同定検査
末梢血における白血球中の細菌検出キット「ハイブリゼップ」

古野電気株式会社

〒662-0934 西宮市西宮浜２―20

設立年月日：	昭和26年５月23日
資本金：	75億3,400万円
代表者名：	古野　幸男
従業員数：	1,471名
E―mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.furuno.co.jp/
工場所在地：	〒662-0934：西宮市西宮浜２―20
	TEL：0798―33―7500
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　システム機器事業部　ME BU　営業課
	TEL：0798―33―7554　　FAX：0798―33―7601

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置

特長：卓上小型の生化学自動分析装置をシリーズ化。ルーチン検査・大型機のバックアップ・特殊項目の専用機として様々なニーズに対応いたします。

〔取扱い商品〕

生化学自動分析装置

- CA-400plus：卓上小型の生化学自動分析装置に HbA_{1c} 自動前処理機能を搭載。
- CA-90：パソコン不要のタッチパネル方式でコンパクト化とともに簡易操作を実現。クリニックや開業医様向けの小型・簡易装置。
- CA-180：世界1900台以上の出荷実績
- CA-400：卓上小型にして400テスト/時間を実現。高精度・高機能機として，ルーチン検査からバックアップまで幅広く対応が可能。

超音波骨密度測定装置

- CM-200：迅速かつ簡易な測定方法により，骨粗鬆症の１次スクリーニングや集団検診に最適。

ベックマン・コールター株式会社

BECKMAN COULTER

〒135-0063 東京都江東区有明２―５―７

設立年月日：	1998年11月１日
資本金：	12億3,000万円
代表者名：	久野　正人
従業員数：	250名
E―mail：	bckkcas@beckman.com
URL(ホームページ)：	http://www.beckmancoulter.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　ベックマン・コールター株式会社カスタマーコールセンター
	TEL：03―6745―4705　　FAX：03―5530―2460

〔展示主要商品〕

全自動血液分析装置／ユニセル DxH 800
臨床化学自動分析装置／ユニセル® DxC 800 PRO
全自動免疫化学分析装置／ユニセル® DxI 800
全自動細胞解析装置／Cytomics FC 500

〈臨床研究分野〉 免疫学，分子生物学などの基礎研究から再生医療などの臨床研究，各種モニタリングなど，幅広い分野の研究をサポートいたします。最新の細胞分取・分析技術や粒子分析技術により，様々な細胞や粒子などの試料に対し多角的にアプローチしております。

〈臨床検査分野〉 生化学，免疫化学，血液学検査などの分野で幅広い検査に対応する装置のほか，ラボラトリーオートメーションシステムもご提供しています。弊社の幅広い製品ラインにより施設ごとに最適なシステム構成を組むことができます。

自動血球数装置：ユニセル DxH 800
生化学自動分析装置：ユニセル® DxC 600 PRO，ユニセル® DxC 800 PRO
全自動化学発光酵素免疫測定装置：Access® 2，ユニセル® DxI 600，ユニセル® DxI 800　全自動化学発光酵素免疫測定装置
全自動細胞解析装置：Cytomics FC 500　**核酸抽出装置**：SPRI-TE™
ISO15189導入ナビゲーションプログラム：Be-gle Ver. 3.0　**各種試薬**

ベックマン・コールター・バイオメディカル株式会社

BECKMAN COULTER

東京都新宿区西新宿２－３－１　新宿モノリス

設立年月日：	2009年８月３日
資本金：	
代表者名：	代表取締役会長　ボブ・ハーレイ　代表取締役社長　植田　康弘
従業員数：	294名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.beckmancoulter.co.jp/bcbkk/
工場所在地：	〒411-0931：　駿東郡長泉町東野454-32
	TEL：055－999－1133
研究所所在地：	〒　同上　：　同上
	TEL：　同上
商品問合せ先：	担当部門　：　国内営業部
	TEL：03－3340－2237　　FAX：03－6901－4916

〔展示主要商品〕

自動分析装置／AU480／AU680／他

特長：処理能力と使いやすさ。生化学自動分析装置に求められる２つの条件をオールインワンの発想でクリアし，大量検体の高精度分析と高いコストパフォーマンスを両立しました。

〔取扱い商品〕

自動分析装置：AU5400，AU2700，AU680，AU480
自動分析装置用試薬：AU リエージェント
自動電気泳動装置：AES320，AES630
自動輸血検査装置：PK7300

株式会社ヘレナ研究所

〒330-0061　さいたま市浦和区常盤９－21－19

設立年月日：	昭和51年２月28日
資本金：	3,000万円
代表者名：	中里 時亜
従業員数：	40名
E－mail：	sales@helena.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.helena.co.jp
工場所在地：	〒330-0061：さいたま市浦和区常盤９－21－19
	TEL：048－833－3208
研究所所在地：	〒330-0061：さいたま市浦和区常盤９－21－19
	TEL：048－833－3208
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：048－833－3208　　FAX：048－833－3273

〔展示主要商品〕

エパライザ２（全自動電気泳動分析装置），クイックスキャン（デンシトメーター），SPIFE3000（IFE 専用自動電気泳動装置）

特長（エパライザ２）：一台で，蛋白分画，アイソザイム分画及び脂質分画まで完全自動化!!

〔取扱い商品〕

高速自動電気泳動装置（REP）	：	泳動項目　蛋白分画・脂質分画・他 LD・ALP・CK
全自動電気泳動分析装置（エパライザ２）	：	泳動項目　蛋白分画・脂質分画・他 LD・ALP・CK
デンシトメータ	：	クイックスキャン
支持体	：	アガロース支持体 （クイックジェル） （タイタンジェル） （ユニバーサルゲル・免疫電気泳動ゲル）

HORIBA 株式会社 堀場製作所

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町 2

設立年月日：	1953（昭和28）年1月26日
資本金：	120億600万円
代表者名：	堀場 厚
従業員数：	5,146名（連結）
E—mail：	me_info@horiba.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.horiba.com/jp/
工場所在地：	〒601-8510：京都市南区吉祥院宮の東町 2
	TEL：075—313—5736　FAX：075—321—0752
研究所所在地：	〒同上　：同上
	TEL：同上　FAX：同上
商品問合せ先：	担当部門　：　医用システム統括部
	TEL：075—313—5736　FAX：075—321—0752

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／Pentra シリーズ，Microsemi シリーズ，小型電極式血糖分析装置／アントセンスロゼ

特長：自動血球計数装置，血糖分析装置の POCT（Point of Care Testing）製品を中心に出展いたします。特に小型電極式血糖測定装置アントセンスロゼは，外来や病棟などでの，血糖の即時検査に最適な新製品です。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置　Pentra シリーズ
　　Microsemi シリーズ
自動血球計数 CRP 測定装置
自動 CRP 測定装置
小型電極式血糖分析装置　アントセンスロゼ
pH メーター　F シリーズ，D シリーズ
他

MIZUHO MEDY Co., Ltd. 株式会社 ミズホメディー

〒841-0048 鳥栖市藤木町 5 — 4

設立年月日：	1977年11月2日
資本金：	3億2,975万円
代表者名：	代表取締役社長　唐川　文成
従業員数：	146名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.mizuho-m.co.jp
工場所在地：	〒841-0048：鳥栖市藤木町 5 — 4
	TEL：0942—85—0300
研究所所在地：	〒841-0048：鳥栖市藤木町 5 — 4
	TEL：0942—85—0303　FAX：0942—85—0312
商品問合せ先：	担当部門　：　営業企画部学術課
	TEL：0942—84—5486　FAX：0942—85—0335

〔展示主要商品〕

インフルエンザウイルス抗原キット／クイックチェイサー Flu　A，B

特長：

①A 型と B 型の判定部が左右に分かれているため，判別が容易です。
②滴下数と判定時間がテストプレート上に表記されており，操作ミスが軽減できます。
③抽出容器は抽出効率を高める独自の特殊構造になっています。

〔取扱い商品〕

●クイックチェイサーシリーズ

アデノウイルスキット	クイックチェイサー	Adeno 咽頭／角結膜
RS ウイルスキット	クイックチェイサー	RSV
B 型肝炎ウイルス表面抗原キット	クイックチェイサー	HBsAg
B 型肝炎ウイルス表面抗体キット	クイックチェイサー	HBsAb
トレポネーマ抗体キット	クイックチェイサー	TPAb
ヘモグロビン／トランスフェリンキット	クイックチェイサー	便潜血

●生化学液状試薬シリーズ
LAP，γ-GTP，AMY，CK，ALP，GLU，CRE，UA，BUN，T-CHO，TG，HDL-C，LDL-C，IP 等

三菱化学メディエンス株式会社

〒108-8559 東京都港区芝浦4－2－8

設立年月日：	平成19年4月1日
資本金：	30億円
代表者名：	代表取締役社長 吉富 敏彦
従業員数：	3,960名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.medience.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒289-2247：香取郡多古町水戸字水戸台1460－6
	TEL：0479－76－3666
商品問合せ先：	担当部門　：　学術部インフォメーショングループ
	TEL：03－5206－1661　　FAX：03－5206－1762

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　キット・自動分析機用検査試薬
■全自動臨床検査システム　STACIA(ステイシア)
■血液凝固測定装置　IL社製　ACL TOP/TOP500CTS/ElitePro
■移動式免疫発光測定装置　パスファースト
■全自動免疫血清検査システム　LPIAシステム
■全自動免疫化学発光システム　シーメンス社製　イムライズ2000/1000
■分析用器具　ドイツ・エッペンドルフ社製　ピペット・遠心分離機・他
■分析用機械　TLC-FID/FPDイアトロスキャン
■その他　研究用試薬・病理検査用各種抗体・細胞凍結保存液・他

ムゲンシステム株式会社

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36－3

設立年月日：	平成5年6月17日
資本金：	3,000万円
代表者名：	伊藤　彰
従業員数：	12名
E－mail：	ito@mugensystem.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.mugensystem.co.jp
工場所在地：	〒135-0031：江東区佐賀2－3－13
	TEL：03－3820－7351
研究所所在地：	〒026-0002：釜石市大平町4－1－11
	TEL：0193－22－0333　　FAX：0193－22－5110
商品問合せ先：	担当部門　：　代表取締役　伊藤　彰
	TEL：03－3820－7351　　FAX：03－3820－7352

〔展示主要商品〕

医療廃棄物溶融炉／ムゲン溶融炉-Mシリーズ

特長：医療廃棄物を院内処理できるので，新型インフルエンザの社会的蔓延を防止できる。

〔取扱い商品〕

1．医療廃棄物溶融装置
2．　〃　溶化装置
3．生ごみ乾燥機

メディカテック株式会社

〒340-0816 埼玉県八潮市中央1—11—28

設立年月日：	昭和57年9月1日
資本金：	1,000万円
代表者名：	月岡 康信
従業員数：	63名
E—mail：	tokyo@medicatec.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.medicatec.co.jp/
工場所在地：	〒340-0816：八潮市中央1—11—28
	TEL：048—997—2305
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：048—994—3450　FAX：048—994—3452

〔展示主要商品〕

自動チップセット機／ATI-1600

特長：コンパクト設計で，大型機の設置が困難な環境にも対応。
2,000本収納可能な大型ホッパーを採用，繁雑な作業を減らしました。

〔取扱い商品〕

自動血液型判定装置	MEDIMAC GR
検体前処理装置	MDS-4500
自動カップセット機	ACI-1600
自動プレート洗浄機	MW-51II
粉砕専用機	ベータミル

各種前処理装置，OEM，特注品等にも対応致します。

MSC メディカルシステム株式会社

〒733-0853 広島市西区山田新町1—28—12

設立年月日：	1982年9月16日
資本金：	1,000万円
代表者名：	向井 大毅
従業員数：	24名
E—mail：	info@medical-systems.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.medical-systems.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　システム営業グループ
	TEL：082—270—5088　FAX：082—270—5077

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／銀河2000

特長：OSに「WindowsServer2008/WindowsVista」をいち早く採用。分析装置集中管理，時間管理機能，統計出力，Web検査情報システムなど豊富な機能をご提供いたします。

〔取扱い商品〕

【臨床検査システム　銀河［Ginga］シリーズ】
納入実績は約120例，他システムとの連携など豊富なノウハウをご提供いたします。

○臨床検査システム　［銀河2000］
○Web検査情報システム　［Ginga21-Web］
○輸血管理システム　［Ginga-BLO］

【検体関連機器】
○検体ラベル自動貼付装置販売：○ラベルプリンタ販売
○搬送・分注装置販売　○バーコードリーダ販売

【アウトソーシング事業】 特定労働者派遣事業届出受理（特34—30—0508）
○医療関連システムエンジニアのアウトソーシング

株式会社 メディカル ジャパン
MEDICAL JAPAN CO.,LTD.

〒431-3102 浜松市東区豊西町515—2

設立年月日：	昭和60年1月
資本金：	1,000万円
代表者名：	市川 明広
従業員数：	25名
E—mail：	medical-japan@guitar.ocn.ne.jp
URL(ホームページ)：	
本社・工場：	〒431-3102：浜松市東区豊西町515—2
	TEL：053-489-6638　FAX：053-489-6639
サービス拠点：	千葉・神奈川・静岡・浜松・大阪・神戸・佐賀
商品問合せ先：	担当部門　：　検体搬送システムG
	TEL：053—489—6638　FAX：053—489—6639

〔展示主要商品〕

検体前処理搬送システム／MSシリーズ

特長：ユニットサイズの変更が可能でフリーレイアウト方式です。ラックも1本・5本・10本　対応が可能で省スペースでリアルタイムからバッチ処理の各ラインが構築できます。

〔取扱い商品〕

検体搬送システム
検体前処理システム（基本ユニット・25ユニット以上あり）
分注システム（子検体ラベラー・有無）
採血管準備システム
検体受付システム
検体搬送リフト
バーコードプリンター
子検体容器
子検体ラベル
ディスポチップ
閉栓用ポリキャップ

Medix Biochemica Medix Biochemica Oy Ab

Asematie 13 FIN-02700 kauniainen Finland

設立年月日：	1985年	
資本金：		
代表者名：	Ismo Råman	
従業員数：	80名	
E—mail：	pekka hilden@medixbiochemica.com	
URL(ホームページ)：	http://www.medixbiochemica.com	
工場所在地：	〒　：Joensuu, Finland	
	TEL：	
商品問合せ先：	担当部門　：　Mr. Pekka Hilden	日本総代理：錦商事㈱
	TEL：+358—9—547—680	TEL：03—3639—8721
	FAX：+358—9—505—3441	FAX：03—3661—9594

〔展示主要商品〕

モノクローナル抗体各種

〔取扱い商品〕

・モノクローナル抗体各種
・迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティックテスト各種

当社は，1978年にMEDIX臨床検査センターで開発したモノクローナル抗体を販売以来，30年以上の経験をもつ数少ない会社のひとつで，1986年からは日本にも輸出しております。

当社では，新製品と新技術の開発のために毎年利益の20～30%をR&Dに投資しております。今後，従来のインビトロ・モノクローナル抗体の提供に加えて，更に高い技術をもって日本の顧客の方々を支援したいと考えております。

有限会社 山久化成

〒206-0803 稲城市向陽台4－2－C－1007

設立年月日：	平成6年5月12日
資本金：	300万円
代表者名：	山田 倫久
従業員数：	
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.yamahisa-net.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：042－370－4744　FAX：042－370－4745

〔展示主要商品〕

検体前処理装置　他

特長：検体の前処理を，迅速・正確・効率的に行うための製品を低価格でご紹介致します。

〔取扱い商品〕

★検査用

1．検査総合管理システム
2．自動検体小分け装置　・Sasuger180　・Sasuger200
3．分画用検体小分け装置
4．HbA_{1c}用検体希釈装置
　・PiaTreat30　・PiaTreat50　・PiaTreat200
5．採尿用具　・ピーポールII　・ウロキャッチII
　（尿カップを使わない便利な採尿用具）
6．検査用各種装置受託製造
7．自動腹囲計

★製造用

8．万能型各種小容器充塡装置
9．万能型各種ラベル貼り装置
10．万能型各種キャッパー

RADIOMETER COPENHAGEN　ラジオメーター株式会社

〒105-0003 東京都港区新橋3－16－11 愛宕ビル

設立年月日：	平成2年8月30日
資本金：	4億9,000万円
代表者名：	丸 貞克
従業員数：	160名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業企画部
	TEL：03－5777－3540　FAX：03－5777－3541

〔展示主要商品〕

1st automatic

特長：ラジオメーター社の1st automatic（ファーストオートマチック）は，世界初のオートメーション化された血液ガスシステムです。測定装置，サンプラー，そしてIT機能が一体となって，従来の血液ガス検査におけるマニュアル操作を自動化し，大幅な簡易化を実現しました。

〔取扱い商品〕

血液ガスシステム	ABL800FLEX，ABL80FLEXシステム，ABL5
経皮血液ガスモニター	TCM4，TCM400，TCM40
精度管理溶液	クオリチェックプラスシリーズ
動脈血サンプラー	safePICOシリーズ，クリニチューブ
緊急検査データ管理システム	RADIANCE

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2－6－1

設立年月日：	1998年8月1日
資本金：	25億円
代表者名：	代表取締役社長兼CEO　小川 渉
従業員数：	760名（2009年1月現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.roche-diagnostics.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	TEL：03－5443－7041(大代表) FAX：03－5443－7114

〔展示主要商品〕

特長：ロシュ・ダイアグノスティックスは，遺伝子，生化学，免疫血清，血液凝固，POCTと検体検査におけるほぼ全ての領域に，システム，試薬をラインアップしています。特に，免疫血清分野では，NT-proBNP，TRAb，本年に入りPCT，HCVなど，信頼性の高いロシュならではの製品をつぎつぎに発売いたしました。さらに2008年のベンタナ社統合は，検体検査技術と組織診断技術の向上に新たな価値を生み出します。ロシュは，癌領域における腫瘍マーカーと癌組織診断の組み合わせにより，検査室，臨床検査技師が発する次代の付加価値創造を提案させていただきます。

〔取扱い商品〕

〈生化学/免疫血清〉モジュラーアナリティクス，コバス6000，コバスe411 **〈遺伝子〉**コバスTaqMan，コバスAmpliPrep，コバスTaqMan48 **〈血液凝固〉**STA-R Evolution，STA Compact **〈自己血糖測定〉**アキュチェックシリーズ（アビバ，アクティブ，コンパクト，コンフォート） **〈簡易分析装置〉**cobas h232，レフロトロンプラス **〈血液ガス〉**cobas b121/b221 **〈自動組織細胞染色〉**ベンタナシンフォニー，ベンタナXTシステムベンチマークモジュールXTなど

株式会社ワカミヤ商会

〒503-0896 岐阜県大垣市高橋町1－17

設立年月日：	1947年3月
資本金：	1,000万円
代表者名：	佐藤　有
従業員数：	27名
E－mail：	wakamiya@gamma.ocn.ne.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　アスモ事業部
	TEL：0584－78－4547　　FAX：0584－78－4272

〔展示主要商品〕

試験管（スピッツ）／尿コップ

特長：スクリューネジ付キャップ付スピッツだがワンタッチで開閉できる試験管（スピッツ）。尿コップは採尿量が一目で分るここまでの表示がある

〔取扱い商品〕

1．ワンタッチ開閉スクリュースピッツ
2．尿コップ　7オンス　6.5オンス
3．折畳み尿コップ
4．採尿セット

和光純薬工業株式会社

〒540-8605 大阪市中央区道修町3－1－2

設立年月日：	大正11年
資本金：	23億3,956万円
代表者名：	松本 隆男
従業員数：	1,400名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.wako-chem.co.jp/
工場所在地：	〒510-1222：三重郡菰野町大字大強原2613－2
	TEL：0593－93－4881
研究所所在地：	〒661-0963：尼崎市高田町6－1
	TEL：06－6499－1501
商品問合せ先：	担当部門 ： 臨床検査薬 カスタマーサポートセンター
	TEL：03－3270－9134 FAX：03－3241－5752

〔展示主要商品〕

全自動蛍光免疫測定装置／ミュータスワコー i30

特長：・マイクロチップを利用した新しい検査システム
・迅速・微量・高感度・高精度測定
・AFP，AFP-L_3%，PIVKA IIをわずか11分で報告できます。
・最大6項目，6試薬，25テスト/hの処理能力
・反応原理 LBA-EATA法
・検出方法 レーザー誘起蛍光検出法
・省サイズ W520(577)mm×D595mm×H546mm
( )内：廃棄BOX含む

AACC American Association for Clinical Chemistry

AACCは，臨床化学，Biochemistry，免疫学，病理学，毒物学，分子病理学などを専門とする10,000人の会員を擁する非営利の学術的，国際的な協会で，1948年創立した長い歴史をもっております。

AACCは，検査医学領域の最新の研究情報を収載した「Clinical Chemistry Journal」を毎月会員に提供しており，年1回開催のAnnual Meetingでは，800題を越す臨床化学分野の研究報告が行われ，併設の世界的規模の展示会にはアメリカ国内および海外から数百の出展社および40,000人を越える見学者を迎えております。

AACCには，次の部門があり，それぞれ専門「News Letter」を発行しております。①動物臨床化学 ②栄養学 ③免疫学 ④分子病理学 ⑤電解質 ⑥小児科学 ⑦電解質・血液ガス ⑧管理科学 ⑨臨床検査の歴史 ⑩蛋白およびリポ蛋白 ⑪TDMおよび毒物学 ⑫Laboratory-情報システム

AACC入会希望の方は，申込書および年会費 $130.00を下記あてに送付して下さい。

American Association for Clinical Chemistry, Inc.
2101 L St., NW, Suite 202
Washington, DC 20037-1526
Tel : 1-202-857-0717, ext. 739
Fax : 1-202-833-4576
E-mail : cdonnell@aacc. org
Home Page : http: //www. aacc. org

AACC 展示会

clinical lab expo 7月27～29日 2010 アナハイム市

展示に関しては下記にお問い合わせ下さい。
Sherago International Inc.
11 Penn Plaza・Suite 1003・New York, NY10001
Tel：+1-(212)643-1750・Fax：+1-(212)643-1758/57

MEDICA 運営事務局・デュッセルドルフ見本市会社

Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf, Germany

設立：1947年
代表者名：Werner M. Dornscheidt（ヴェルナー M. ドーンシャイト）
従業員数：480名
本社：ＴＥＬ：+49-211-456001　Fax：+49-211-4560668
問い合わせ先：㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
ＴＥＬ：03—5210—9951　Fax：03—5210—9959
mdj@messe-dus.co.jp

〈展示品〉

MEDICA 国際医療機器専門見本市＋会議のインフォメーション
MEDICA は1969年以来デュッセルドルフで毎年開催される医療機器を専門に扱った見本市で初回以来発展を続け2007年度の開催では世界100カ国から4,300社の企業の出展と78カ国から138,000人の来場者が記録されています。
MEDICA は最初の開催以来医療分野の市場のニーズをそのまま反映し続け，今や世界第一級の専門見本市としての地位を確立させました。

〈展示分野〉以下の分野に属するものが展示品となります。

電子医療機器　医療機器　ラボ技術　診断技術　薬品　EDP
整形外科技術　消耗品　ディスポ製品　サービス
病院用家具　ランドリー機器　病院用厨房設備　配膳システム
清掃機器　消毒機器　情報処理システム　救急医療

展示会社・住所録

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
アークレイ株式会社	本社	604-8153	京都市中京区烏丸四条上ル笋町689　京都御幸ビル10F	(050)5527—9301	
アークレイマーケティング株式会社	営業統括本部	160-0004	新宿区四谷1—20—20　大雅ビル4F	(050)5527—7700	(03) 3358—8536
	北海道	065-0022	札幌市東区北22条東10—3—3	(011) 750—5888	(011) 741—3088
	事業所		札幌SSO、釧路SO		
	東北	980-0824	仙台市青葉区支倉町4—34　マルキンビル4F	(050)5536—5705	(022) 263—5225
	事業所		仙台SSO、青森SO、盛岡SO		
	甲信越	331-0804	さいたま市北区土呂町2—44—9　ウェルズ土呂	(048) 668—1331	(048) 668—1320
	事業所		さいたまSSO、長岡SO、松本SO		
	関東	160-0004	新宿区四谷1—20—20　大雅ビル3F	(050)5527—7702	(03) 3358—8537
	事業所		東京SSO		
	中部・北陸	461-0004	名古屋市東区葵3—15—31　住友生命千種第2ビル5F	(050)5536—5700	(052) 933—6315
	事業所		名古屋SSO、静岡SO、金沢SO		
	近畿	530-0054	大阪市北区南森町1—4—19　サウスホレストビル4F	(050)5533—5585	(06) 6312—3813
	事業所		大阪SSO、京都SO、神戸SO		
	中国・四国	732-0816	広島市南区比治山本町16—35　広島産業文化センター12F	(050)5533—5599	(082) 253—0112
	事業所		広島SSO、岡山SO、松山SO、松江SO		
	九州	812-0024	福岡市博多区綱場町1—1　福岡第一生命館4F	(050)5527—9290	(092) 282—3091
	事業所		福岡SSO、熊本SO、鹿児島SO、沖縄SO		
アイ・エル・ジャパン株式会社	本社	105-0013	港区浜松町2—2—15　浜松町ゼネラルビル	(03) 3437—6350	(03) 3437—6352
アイエスケー株式会社	本社	113-0034	文京区湯島4—9—12	(03) 3812—0191	(03) 3812—9284
	認可工場	120-0003	足立区東和3—5—4	(03) 3620—1003	(03) 3620—0877
	大阪連絡事務所	574-0062	大東市氷野3—5—12	(072) 872—9484	(072) 872—9484
株式会社アイディエス	本社	861-8038	熊本市長嶺東8—14—30	(096) 380—4225	(096) 389—2077
	東京営業所	150-0047	渋谷区神山町16—2　ビットキューブ301	(03) 5738—9314	(03) 5738—9316
	名古屋事務所	450-0001	名古屋市中村区那古野1—38—1　星光桜通ビル4F	(052) 586—0352	(052) 586—0354
	大阪事務所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1—18—31　新星和新大阪ビル807	(06) 6370—1850	(06) 6370—1851
	広島事務所	733-0011	広島市西区横川町2—15—16　フィレンツェ横川1F	(082) 532—1088	(082) 532—1089
i-SENS, Inc.			465-14 Wolgye4-dong, Nowon-gu, Seoul 139-845, Korea	+82-2-916-6191	+82-2-942-2514
アイテック阪急阪神株式会社	本社	553-0001	大阪市福島区海老江1—1—31	(06) 6456—5223	(06) 6456—5252
	東京支社	105-0023	港区芝浦1—12—3	(03) 3798—1011	(03) 3798—1028

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
株式会社アキュレックス	本社/工場	130-0011	墨田区石原2－4－10	(03) 6658－8921	(03) 6658－8923
アジア器材株式会社	本社	194-0022	町田市森野2－27－12	(042) 723－4670	(042) 728－0163
味の素株式会社	本社	104-8315	中央区京橋1－15－1	(03) 5250－8197	(03) 5250－8253
アプライドバイオシステムズ(ライフテクノロジーズジャパン株式会社)	本社	104-0032	中央区八丁堀4－5－4　daVinci桜橋	(03) 5566－6100	(03) 5566－6501
	田町オフィス	108-0022	港区海岸3－9－15　2009-Xビル6F	(03) 5730－6500	(03) 5730－6516
	羽田事業所	143-0004	大田区昭和島2－1－3	(03) 5753－3001	(03) 5753－3002
	大阪営業所	564-0052	吹田市広芝町10－28　オーク江坂ビル	(06) 6389－1201	(06) 6389－1206
アボット ジャパン株式会社	東京本社	106-8535	港区六本木1－9－9	(03) 3589－9445	(03) 3589－9448
	札幌営業所	060-0003	札幌市中央区北三条西1－1－1　札幌パナソニックビル6F	(011) 219－1891	(011) 219－1870
	仙台営業所	983-0852	仙台市宮城野区榴岡4－2－3　仙台MTビル12F	(022) 792－6971	(022) 792－6998
	東京事業所	151-8563	渋谷区千駄ヶ谷5－25－5	(03) 5367－3925	(03) 5367－3926
	名古屋営業所	465-0093	名古屋市名東区一社4－97	(052) 702－3508	(052) 702－3509
	大阪営業所	541-0051	大阪市中央区備後町1－1－6	(06) 6228－8630	(06) 6203－5805
	広島営業所	732-0052	広島市東区光町2－7－8　4F	(082) 568－1925	(082) 261－0691
	福岡営業所	812-0039	福岡市博多区冷泉町5－32　オーシャン博多ビル4F	(092) 291－6651	(092) 291－4693
アラム株式会社	本社	530-0043	大阪市北区天満2－3－10	(06) 6351－8860	(06) 6351－8856
	工業用品部	530-0043	大阪市北区天満2－15－5	(06) 6351－8872	(06) 6353－1250
	東京営業所	125-0062	葛飾区青戸2－2－16	(03) 3696－4500	(03) 3696－4525
	松山営業所	791-8036	松山市高岡町40－1－2	(089) 971－5454	(089) 971－5454
アルフレッサファーマ株式会社	本社	540-8575	大阪市中央区石町2－2－9	(06) 6941－0308	(06) 6941－4861
	札幌支店	060-0007	札幌市中央区北7条西13－9－1	(011) 281－3000	(011) 281－3250
	仙台支店	984-0046	仙台市若林区二軒茶屋1－6	(022) 295－0631	(022) 295－0635
	東京支店	103-0023	中央区日本橋本町3－6－2	(03) 5695－4144	(03) 5695－4190
	名古屋支店	460-0008	名古屋市中区栄1－25－7	(052) 218－5251	(052) 218－5257
	大阪支店	540-8575	大阪市中央区石町2－2－9	(06) 6941－2816	(06) 6941－2831
	高松支店	760-0068	高松市松島町1－13－14	(087) 863－7181	(087) 863－0520
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町11－4	(082) 221－2954	(082) 221－2969
	福岡支店	812-0022	福岡市博多区神屋町4－5	(092) 283－6306	(092) 262－1362
アロカ株式会社	本社	181-8622	三鷹市牟礼6－22－1	(0422) 45－5502	(0422) 45－7751
	埼玉営業所	331-0052	さいたま市西区三橋5－790	(048) 623－2501	(048) 620－1236

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	札幌支店	065-0033	札幌市東区北33条東10―5―15	(011) 722―2205	(011) 722―2208
	仙台支店	982-0014	仙台市太白区大野田字王ノ檀4―1	(022) 346―9520	(022) 346―9521
	名古屋支店	468-0051	名古屋市天白区植田3―803	(052) 805―2660	(052) 805―2283
	大阪支店	564-0051	吹田市豊津町41―35	(06) 4861―4888	(06) 4861―4860
	広島支店	733-0035	広島市西区南観音5―9―7	(082) 292―0019	(082) 292―6329
	福岡支店	812-0054	福岡市東区馬出4―3―10	(092) 633―3131	(092) 633―3621
株式会社医学生物学研究所	本社	460-0002	名古屋市中区丸の内3―5―10　住友商事丸の内ビル5F	(052) 971―2081	(052) 971―2337
	札幌営業所	060-0807	札幌市北区北七条西7―1―30　RICH 7・7 BLDG 2F	(011) 717―6547	(011) 717―6546
	東北営業所	960-1242	福島市松川町美郷4―1―1　G&Gサイエンス株式会社内	(024) 537―2480	(024) 537―2481
	首都圏統轄営業所	173-0004	板橋区板橋2―9―3　埼京ビル4F	(03) 5248―2861	(03) 5248―2930
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3―5―10　住友商事丸の内ビル5F	(052) 972―0470	(052) 971―2065
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島3―3―4　SPビル7F	(06) 6305―2039	(06) 6305―6255
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東3―1―4　タカ福岡ビル5F	(092) 481―0530	(092) 481―0537
	伊那研究所	396-0002	伊那市手良沢岡1063―103	(0265) 76―1777	(0265) 76―0584
株式会社イワキ	東京支店	101-0031	千代田区東神田2―5―15	(03) 5820―7560	(03) 5825―0325
	大阪支店	540-0026	大阪市中央区内本町1―3―5	(06) 6943―6411	(06) 6920―5033
	名古屋支店	465-0095	名古屋市名東区高社1―251	(052) 774―7631	(052) 769―1677
	九州支店	802-0014	北九州市小倉北区砂津3―3―10	(093) 541―1636	(093) 551―0053
	仙台支店	981-3112	仙台市泉区八乙女4―18―1	(022) 374―4711	(022) 371―1017
	静岡営業所	422-8008	静岡市駿河区栗原16―16	(054) 262―2181	(054) 267―1021
	広島営業所	733-0821	広島市西区庚午北1―10―15	(082) 271―9441	(082) 273―1528
	熊谷営業所	360-0018	熊谷市中央1―35	(048) 523―9186	(048) 520―1398
	松本営業所	390-0851	松本市大字島内3920―1	(0263) 40―0500	(0263) 40―0517
	水戸営業所	310-0845	水戸市吉沢町297	(029) 247―4861	(029) 240―1359
インバネス・メディカル・ジャパン株式会社	本社	160-0023	新宿区西新宿1―24―1　エステック情報ビル18F	(03) 5326―7300	(03) 5326―7177
	札幌オフィス	060-0061	札幌市中央区南1条西7―1―3　YTYビル8F	(011) 204―9961	(011) 204―9962
	仙台オフィス	980-0014	仙台市青葉区本町2―5―1　オーク仙台ビル2F	(022) 217―7207	(022) 217―7208
	東京オフィス	160-0023	新宿区西新宿1―24―1　エステック情報ビル18F	(03) 5326―7747	(03) 5326―7177
	名古屋オフィス	460-0002	名古屋市中区丸の内3―16―19　丸の内ニューネットビル8F	(052) 959―3717	(052) 959―3718
	大阪オフィス	541-0046	大阪市中央区平野町2―2―13　マルイト堺筋ビル4F	(06) 6228―9882	(06) 6228―9883

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	福岡オフィス	812-0007	福岡市博多区東比恵２－20－27　イワキビル２Ｆ	(092) 473－9561	(092) 473－9562
Invitrogen Dynal AS	Oslo		Ullernschausseen 52, 0379 Oslo, Norway	(47) 228061110	(47) 22519505
	㈱ベリタス	105-0001	港区虎ノ門２－７－14　八洲ビル	(03) 3593－3211	(03) 3593－3216
ウイスマー研究所	本　　社	113-0033	文京区本郷３－３－12　ケイズビルディング７Ｆ	(03) 5802－7331	(03) 5802－7332
ヴェオリア・ウォーターソリューション＆テクノロジー株式会社	本　　社	108-0022	港区海岸３－20－20	(090)8010－2064	(03) 5441－7071
ウシオ電機株式会社	本　　社	100-8150	千代田区大手町２－６－１	(03) 3242－0694	(03) 3242－2700
株式会社エイアンドティー	本　　社	220-0005	横浜市西区南幸２－20－５　東伸24ビル	(045) 317－1252	(045) 317－1280
	札幌オフィス	003-0022	札幌市白石区南郷通13－南３－１	(011) 864－1165	(011) 864－1162
	仙台オフィス	980-0802	仙台市青葉区二日町３－10	(022) 712－3021	(022) 712－3023
	横浜オフィス	220-0005	横浜市西区南幸２－20－５　東伸24ビル	(045) 317－1253	(045) 317－1280
	名古屋オフィス	460-0008	名古屋市中区栄４－14－31	(052) 249－9335	(052) 262－4070
	大阪オフィス	560-0082	豊中市新千里東町１－４－２	(06) 4863－7737	(06) 4863－7750
	福岡オフィス	812-0011	福岡市博多区博多駅前４－１－１	(092) 414－4333	(092) 414－4355
栄研化学株式会社	本　　社	110-8408	台東区台東４－19－９　山口ビル７	(03) 5846－3307	(03) 5846－3475
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西14－３－23　札幌泉ビル	(011) 281－5401	(011) 281－5404
	仙台営業所	980-0011	仙台市青葉区上杉２－３－７　Ｋ２小田急７Ｆビル	(022) 712－2882	(022) 712－2881
	東京第1/2営業所	110-8408	台東区台東４－19－９　山口ビル７	(03) 5846－3268	(03) 5846－3271
	東京第３営業所	231-0005	横浜市中区本町３－24　本町中央ビル９Ｆ	(045) 664－4891	(045) 664－4893
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内３－８－８　小島ビル	(052) 951－3022	(052) 971－1146
	京都営業所	604-0857	京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋280　マニュライフプレイス京都	(075) 212－7277	(075) 212－7288
	大阪営業所	541-0052	大阪市中央区安土町３－３－９　田村駒ビル３Ｆ	(06) 264－5312	(06) 264－5322
	広島営業所	730-0051	広島市中区大手町３－７－２　あいおい損保・広島ビル９Ｆ	(082) 247－4506	(082) 247－4514
	高松営業所	761-8071	高松市伏石町2083－19	(087) 867－7751	(087) 867－7753
	福岡営業所	810-0001	福岡市中央区天神４－２－36　天神第一ビル	(092) 751－2227	(092) 711－7085
株式会社エクセル・クリエイツ	本　　社	542-0061	大阪市中央区安堂寺町２－３－５	(06) 6766－2202	(06) 6766－2201
エッペンドルフ株式会社	本　　社	101-0031	千代田区東神田２－４－５	(03) 5825－2361	(03) 5825－2365
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島１－17－18	(06) 6990－4821	(06) 6990－4824
エプソン販売株式会社	本　　社	160-8324	新宿区西新宿６－24－１　西新宿三井ビル24F	(050)3155－7020	
株式会社エル・エム・エス	本　　社	113-0033	文京区本郷３－６－７　田中ビル	(03) 5802－2741	(03) 5802－2773
	大阪営業所	530-0044	大阪市北区東天満２－５－20　古林ビル	(06) 6354－8755	(06) 6354－8788

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	福岡営業所	811-2305	糟屋郡粕屋町大字柚須76－1	(092) 626—2505	(092) 621—8878
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社	本社, 東京オフィス	101-0065	千代田区西神田3－5－2	(03) 4411—7300	(03) 4411—7711
	北海道オフィス	060—0042	札幌市中央区大通西12－4	(0120) 03—6527	
	東北オフィス	980-0021	仙台市青葉区中央4—10－3	〃	
	大宮オフィス	330-0844	さいたま市大宮区下町2—43－1	〃	
	船橋オフィス	273-0005	船橋市本町1—18—10	〃	
	横浜オフィス	222-0033	横浜市港北区新横浜3—20—12	〃	
	名古屋オフィス	460-0002	名古屋市中区丸の内1－4—12	〃	
	大阪オフィス	532-0003	大阪市淀川区宮原3－5—36	〃	
	広島オフィス	732-0824	広島市南区的場町1－2—21	〃	
	岡山オフィス	700-0976	岡山市辰巳22—103	〃	
	松山オフィス	790-0003	松山市三番町4—11－6	〃	
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東2—14－1	〃	
株式会社オネスト	本社	113-0033	文京区本郷4－9—25　真成館ビル	(03) 5689—5900	(03) 3815—3961
	医療システム部	113-0033	文京区本郷4－9—25　真成館ビル	(03) 5689—5903	(03) 5689—5993
	名古屋支店	450-0003	名古屋市中村区名駅南1－3—18　NORE名駅ビル	(052) 571—1600	(052) 571—1605
	大阪支店	540-0008	大阪市中央区大手前1－4—12　大阪天満橋ビル	(06) 6947—4777	(06) 6947—4778
	㈱オネスト九州	812-0011	福岡市博多区博多駅前2—11—16　第2大西ビル	(092) 432—3777	(092) 432—3776
オルガノ株式会社	機能商品事業部	136-8631	江東区新砂1－2－8	(03) 5635—5191	(03) 3699—7220
	オルガノ北海道株式会社	060-0907	札幌市東区北7条東5－8—37	(011) 733—4132	(011) 733—1377
	オルガノ東北株式会社	980-0014	仙台市青葉区本町1—11－1　仙台グリーンプレス	(022) 712—6971	(022) 712—6977
	オルガノ東京株式会社	136-0075	江東区新砂1－2－8	(03) 5665—7251	(03) 5665—7280
	オルガノ中部株式会社	460-0006	名古屋市中区葵1—27—29　キリックスビル	(052) 939—0551	(052) 931—1351
	オルガノ関西株式会社	564-0053	吹田市江の木町1－6　関西オルガノビル	(06) 6384—0771	(06) 6384—3166
	オルガノ九州株式会社	810-0012	福岡市中央区白金1－4－2	(092) 523—4132	(092) 523—9892
株式会社カイノス	本社	113-0033	文京区本郷2—38—18	(03) 3816—4485	(03) 3816—6517
	札幌営業所	060-0809	札幌市北区北9条西3—10	(011) 737—5290	(011) 737—5292
	仙台営業所	982-0012	仙台市太白区長町南3－3—43	(022) 249—5527	(022) 249—7544
	東京営業所	113-0033	文京区本郷2—38—18	(03) 3816—4481	(03) 3816—4110
	名古屋営業所	464-0802	名古屋市千種区星ヶ丘元町14—70	(052) 783—1364	(052) 783—1365

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	大阪営業所	533-0031	大阪市東淀川区西淡路１－１－32	(06) 6370－1131	(06) 6370－7710
	広島営業所	730-0014	広島市中区上幟町７－３	(082) 224－1480	(082) 224－1481
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東１－14－34	(092) 441－6996	(092) 441－6997
関東化学株式会社	本　　社	103-0023	中央区日本橋本町３－11－５　マルサンビル２Ｆ	(03) 3667－8061	(03) 3667－6891
	大阪支店	541-0048	大阪市中央区瓦町２－５－１	(06) 6222－3709	(06) 6222－3412
	福岡支店	812-0007	福岡市博多区東比恵２－22－３	(092) 414－9361	(092) 414－9356
	札幌営業所	004-0811	札幌市清田区美しが丘一条８－4－1	(011) 882－1511	(011) 883－2538
	仙台営業所	983-0035	仙台市宮城野区日の出町１－７－９	(022) 284－0175	(022) 284－9816
	中京営業所	491-0922	一宮市大和町妙興寺字中之町４	(0586) 24－1725	(0586) 24－3038
協和メデックス株式会社	本　　社	104-6004	中央区晴海1－8－10　晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX 4F	(03) 6219－7600	(03) 6219－7614
	東京支店	104-0033	中央区新川１－８－５　KKビル	(03) 5542－6011	(03) 5542－6015
	大阪支店	541-0053	大阪市中央区本町２－３－８　三甲大阪本町ビル５Ｆ	(06) 4964－9900	(06) 6262－4030
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西７－１　ダヴィンチ札幌パークフロント	(011) 261－5455	(011) 261－5457
	仙台営業所	980-0822	仙台市青葉区立町27－21　仙台橋本ビルヂング	(022) 213－3821	(022) 213－3829
	横浜営業所	220-0012	横浜市西区みなとみらい３－６－３　MMパークビル８Ｆ	(045) 225－6473	(045) 225－6475
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内３－21－25　清風ビル	(052) 962－7370	(052) 953－6010
	広島営業所	732-0827	広島市南区稲荷町２－16　広島稲荷町第一生命ビル	(082) 261－9880	(082) 261－9882
	九州営業所	812-8663	福岡市博多区博多駅前２－２－１　福岡センタービル	(092) 474－5222	(092) 452－3369
	四国出張所	790-0001	松山市一番町３－２－11　松山第一生命ビル	(089) 941－8807	(089) 941－8905
極東製薬工業株式会社	本　　社	103-0024	中央区日本橋小舟町７－８	(03) 5645－5661	(03) 5645－5705
	札幌営業所	064-0809	札幌市中央区南９条西20－２－24	(011) 532－2551	(011) 520－1380
	仙台営業所	984-0002	仙台市若林区卸町東１－２－９	(022) 238－8721	(022) 238－8702
	東京営業所	103-0024	中央区日本橋小舟町７－８	(03) 5645－5701	(03) 5645－5707
	名古屋営業所	465-0087	名古屋市名東区名東本通２－32	(052) 789－0666	(052) 789－0668
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島２－14－６	(06) 6304－5446	(06) 6304－4992
	中四国営業所	732-0827	広島市南区稲荷町５－８	(082) 262－5446	(082) 262－5447
	福岡営業所	813-6591	福岡市東区多の津１－14－１	(092) 621－2345	(092) 621－2341
久保田商事株式会社	本　　社	113-0033	文京区本郷３－29－９	(03) 3815－1331	(03) 3814－2574
	札幌営業所	065-0015	札幌市東区北15条東10－２－６	(011) 751－2175	(011) 751－2176
	仙台営業所	984-0038	仙台市若林区伊佐字東通30	(022) 287－2181	(022) 287－2182

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	つくば営業所	305-0033	つくば市東新井26—17	(029) 856—3211	(029) 856—5811
	名古屋営業所	464-0850	名古屋市千種区今池1—25—5	(052) 741—1871	(052) 741—1873
	大阪営業所	540-0013	大阪市中央区内久宝寺町4—2—17	(06) 6762—8471	(06) 6762—8473
	広島営業所	730-0138	広島市安佐南区祇園4—51—26	(082) 871—7811	(082) 871—7828
	四国営業所	799-3202	伊予市双海町上灘甲6466—2	(089) 986—5018	(089) 986—5019
	福岡営業所	813-0034	福岡市東区多の津5—21—10	(092) 621—1161	(092) 621—1162
CLINICA Corporation	San Marcos		288 Distribution Street San.Marcos California	(800) 728—5205	(760) 571—5197
	㈱ベリタス	105-0001	港区虎ノ門2—7—14 八洲ビル	(03) 3593—3211	(03) 3593—3216
株式会社 ケー・エヌ・エフ・ジャパン	本社	106-0047	港区南麻布2—4—5 皆川ビル5F	(03) 5443—5661	(03) 5443—5654
	関西営業所	600-8861	京都市下京区七条御所ノ内北町93 グランドメイリンセブン503号室	(075) 326—3790	(075) 326—3761
興和㈱電機光学事業部	東京支店(本部)	103-8433	中央区日本橋本町3—4—14	(03) 5623—8054	(03) 5623—8050
	仙台営業所	980-0802	仙台市青葉区二日町12—21	(022) 267—1784	(022) 211—6969
	名古屋支店	461-0005	名古屋市東区東桜1—10—37	(052) 963—3296	(052) 963—3297
	大阪支店	541-8511	大阪市中央区淡路町2—3—5	(06) 6204—6182	(06) 6204—6188
	広島営業所	730-0014	広島市中区上幟町10—23	(082) 502—8571	(082) 502—8570
	福岡支店	812-0025	福岡市博多区店屋町4—15	(092) 271—2663	(092) 282—0392
コージンバイオ株式会社	埼玉本社	350-0214	坂戸市千代田5—1—3	(049) 284—3781	(049) 284—4784
	大阪オフィス	541-0048	大阪市淀川区西中島6—2—3	(06) 6838—3977	(06) 6838—3977
小林クリエイト株式会社	本社	448-8656	刈谷市小垣江町北高根115	(0566) 26—5310	(0566) 26—5308
	医療市場開発営業部	104-0041	中央区新富1—18—1	(03) 3553—5871	(03) 3553—2635
株式会社三和化学研究所	本社	461-8631	名古屋市東区東外堀町35	(052) 951—8130	(052) 950—1861
	北海道支店	060-0063	札幌市中央区南3条西10丁目	(011) 233—5630	(011) 233—2676
	東北南支店	980-6009	仙台市青葉区中央4—6—1	(022) 212—1560	(022) 212—1688
	埼玉支店	330-0854	さいたま市大宮区桜木町4—333—13	(048) 640—6010	(048) 647—8033
	東京支店	160-0022	新宿区新宿6—24—16	(03) 3232—0571	(03) 3232—0838
	名古屋支店	461-0005	名古屋市東区東桜1—1—10	(052) 959—3810	(052) 959—2838
	大阪支店	532-0003	大阪市淀川区宮原4—1—6	(06) 6394—3831	(06) 6398—2473
	中国支店	732-0806	広島市南区西荒神町1—8	(082) 506—1581	(082) 506—0408
	九州北支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前1—4—4	(092) 411—5855	(092) 415—3731
	その他全国13支店	—			

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
GEヘルスケア・ジャパン株式会社	本社	169-0073	新宿区百人町3—25—1サンケンビルヂング	(03) 5331—9336	(03) 5331—9370
シグマ アンド・リッチ ジャパン	本社	140-0002	品川区東品川2—2—24 天王州セントラルタワー4F	(03) 5796—7340	(03) 5796—7345
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社	本社	141-8673	品川区東五反田3—20—14 高輪パークタワー	お客様支援センター (0120) 543—455 (03) 3537—3920	(0120) 506—155
	本社ショールーム	104-0033	中央区新川1—3—17 新川三幸ビル	〃	〃
	札幌ショールーム		札幌市中央区北5条西2—5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 20F	〃	〃
	仙台ショールーム		仙台市青葉区中央1—2—3 SENDAI MARK ONE 18F	〃	〃
	さいたまショールーム		さいたま市中央区新都心1—1—2 明治安田生命さいたま新都心ビル(ランドアクシスタワー)16F	〃	〃
	名古屋ショールーム		名古屋市中村区那古野1—47—1 名古屋国際センタービル1F	〃	〃
	大阪ショールーム		吹田市江坂町1—14—33 大町ビル1F	〃	〃
	広島ショールーム		広島市南区的場町1—2—19 アーバス広島1F	〃	〃
	福岡ショールーム		福岡市博多区博多駅前3—10—24 藤井ビル1F	〃	〃
シスメックス株式会社	本社	651-0073	神戸市中央区脇浜海岸通1—5—1	(078) 265—0500	(078) 265—0524
	東京支社	141-0032	品川区大崎1—2—2 アートビレッジ大崎セントラルタワー8F	(03) 5434—8550	(03) 5434—8551
	仙台支店	980-6024	仙台市青葉区中央4—6—1 SS30 24F	(022) 722—1710	(022) 265—1661
	北関東支店	330-0843	さいたま市大宮区吉敷町4—261—1 キャピタルビル7F	(048) 600—3888	(048) 601—2272
	名古屋支店	465-0025	名古屋市名東区上社1—603	(052) 775—8101	(052) 775—5217
	大阪支店	564-0053	吹田市江の木町17—1 コンパーノビル5F	(06) 6337—8300	(06) 6337—8200
	広島支店	730-0036	広島市中区袋町3—17 シシンヨービル5F	(082) 248—9070	(082) 248—9075
	福岡支店	812-0016	福岡市博多区博多駅南4—9—24	(092) 411—4314	(092) 474—3862
シスメックス・ビオメリュー株式会社	本社	141-0032	品川区大崎1—2—2 大崎セントラルタワー8F	(03) 6834—2666	(03) 6834—2667
株式会社柴崎製作所	本社	369-1242	深谷市北根12—5	(048) 584—2211	(048) 584—0229
株式会社常光	本社	113-0033	文京区本郷3—19—4	(03) 3815—1717	(03) 3815—1759
	東京支店 東京技術研究所	213-8588	川崎市高津区宇奈根731—1	(044) 811—9211	(044) 811—9209
	札幌支店	060-0005	札幌市中央区北5条西13	(011) 219—2211	(011) 219—4701
	名古屋支店	460-0011	名古屋市中区大須1—2—3 久雅ビル302	(052) 202—7202	(052) 202—7204
	大阪支店	567-0031	茨木市春日2—3—7—202	(072) 624—4411	(072) 624—4477
	福岡支店	812-0029	福岡市博多区古門戸3—12	(092) 281—5757	(092) 281—5760

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	仙台営業所	983-0045	仙台市宮城野区宮城野1—26—21	(022) 292—7170	(022) 292—7305
	新潟営業所	950-0836	新潟市東中野山3—5—15	(025) 277—3811	(025) 277—0522
	静岡営業所	439-0037	菊川市西方154	(0537) 36—1126	(0537) 36—2169
	広島営業所	734-0022	広島市南区東雲2—2—14—104	(082) 508—0852	(082) 508—0851
株式会社3Rプロデュース	本社	120-0036	足立区千住仲町24—2	(03) 5244—6877	(03) 5244—6890
積水メディカル株式会社	本社	103-0027	中央区日本橋3—13—5 KDX日本橋313ビル	(03) 3272—0827	(03) 3281—0510
	検査センター営業所	103-0027	中央区日本橋3—13—5 KDX日本橋313ビル	(03) 3272—0906	(03) 3272—0907
	北海道営業所	060-0005	札幌市中央区北5条西6—2—2	(011) 272—7288	(011) 272—7299
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町3—5—21	(022) 263—8560	(022) 263—8561
	東日本営業所	135-0063	江東区有明2—5—7 TOC有明イーストタワー8F	(03) 5520—1360	(03) 5520—1350
	首都圏第一営業所	135-0063	江東区有明2—5—7 TOC有明イーストタワー8F	(03) 5520—1360	(03) 5520—1350
	首都圏第二営業所	135-0063	江東区有明2—5—7 TOC有明イーストタワー8F	(03) 5520—1360	(03) 5520—1350
	中部営業所	460-0011	名古屋市中区錦1—5—11	(052) 209—7714	(052) 209—7724
	西日本第一営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原3—3—31	(06) 6350—6581	(06) 6350—6582
	西日本第二営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原3—3—31	(06) 6350—6581	(06) 6350—6582
	中国営業所	732-0052	広島市東区光町1—10—19	(082) 261—7862	(082) 261—7863
	九州営業所	812-0013	福岡市博多区駅前3—26—29	(092) 451—0511	(092) 474—4136
セラビジョン・ジャパン株式会社	本社	220-8120	横浜市西区みなとみらい2—2—1 ランドマークタワー20F	(045) 670—7110	(045) 670—7001
SERO AS	本社		Stasjonsveien 44, 1375 Billingstad, Norway	+47 66858900	+47 66982201
株式会社セントラル科学貿易	東京本社	111-0052	台東区柳橋1—8—1	(03) 5820—1500	(03) 5820—1515
	札幌出張所	001-0911	札幌市北区新琴似11条13丁目7—13—2	(011) 764—3611	(011) 764—3612
	大阪支店	533-0031	大阪市東淀川区西淡路1—1—36	(06) 6325—3171	(06) 6325—5180
	福岡営業所	812-0016	福岡市博多区博多駅南1—2—15	(092) 482—4000	(092) 482—3797
大扇産業株式会社	本社	534-0021	大阪市都島区都島本通1—15—17	(06) 6928—7441	(06) 6928—7445
	東京支社	102-0074	千代田区九段南2—3—26 井関ビル4F	(03) 5276—0202	(03) 5276—0203
	大阪ソリューションセンター	566-0035	摂津市鶴野3—7—14	(0726) 32—3666	(0726) 32—4700
	〈グループ企業〉				
	富山大扇工業㈱	930-0401	中新川郡上市町広野新269	(0764) 73—0336	(0764) 73—0338
	上海大扇塑料包装有限公司		中華人民共和国上海市青浦区華新鎮華丹路501号1室	86-21-5979-0140	86-21-5979-0141
	大扇(上海)有限公司		中華人民共和国上海市嘉定区方泰鎮泰波路289號	86-21-5950-4597	86-21-5950-4314

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	日本バイオセラ㈱	102-0074	千代田区九段南２－３－26　井関ビル４Ｆ	(03) 5276—0212	(03) 5276—0203
株式会社タニタ	東京本社	174-8630	板橋区前野町１－14－２	(03) 3558—8111	(03) 3558—0335
	大阪営業所	577-0013	東大阪市長田中１－３－15	(06) 6784—2811	(06) 6784—2778
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内２－19－20	(052) 201—6391	(052) 201—6455
	福岡営業所	812-0882	福岡市博多区麦野４－２－６	(092) 575—5761	(092) 575—5617
	北日本営業所	014-0113	大仙市堀見内字下田茂木添28－１	(0187) 66—2144	(0187) 66—2145
株式会社テクノメディカ	本社	224-0041	横浜市都筑区仲町台５－５－１	(045) 948—1961	(045) 948—1962
	名古屋支店	464-0850	名古屋市千種区今池４－４－９	(052) 741—1516	(052) 741—1517
	大阪支店	564-0062	吹田市垂水町１－28－６－501	(06) 6337—3432	(06) 6337—3482
	福岡支店	812-0015	福岡市博多区山王１－11－35	(092) 483—7333	(092) 483—7334
	札幌営業所	060-0063	札幌市中央区３条西12－325－２－305	(011) 271—3770	(011) 271—3760
	仙台営業所	981-3133	仙台市泉区泉中央１－14－１　３Ｆ	(022) 771—9333	(022) 771—9334
	甲信営業所	390-0872	松本市北深志３－９－６　２Ｆ	(0263) 38—0016	(0263) 38—0017
	北関東営業所	330-0843	さいたま市大宮区吉敷町２－44	(048) 650—8191	(048) 650—8192
	金沢出張所	920-0064	金沢市南新保町又209　ヴィラージュ・エトワールⅠ－101	(076) 237—9210	(076) 237—9211
	松山出張所	791-8055	松山市清住２－1100－６	(089) 911—6331	(089) 911—6332
	広島営業所	731-0122	広島市安佐南区中筋２－３－４－101	(082) 830—5103	(082) 830—5104
デンカ生研株式会社	本社	103-0025	中央区日本橋茅場町３－４－２	(03) 3669—9091	(03) 3664—1005
	東京支店	103-0025	中央区日本橋茅場町３－４－２	(03) 3669—9093	(03) 3664—1023
	東京支店営業第二課新潟駐在	950-0965	新潟市中央区新光町17	(025) 285—8641	(025) 285—9872
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島４－７－18	(06) 6307—7061	(06) 6307—7091
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西18－１－27	(011) 615—2866	(011) 615—2867
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町１－13－24	(022) 264—1138	(022) 268—6084
	名古屋営業所	464-0026	名古屋市千種区井上町49－１	(052) 788—3981	(052) 788—3985
	福岡営業所	812-0012	福岡市博多区博多駅中央街８－20	(092) 414—7071	(092) 414—7073
東京貿易機械株式会社	本社	104-8510	中央区八丁堀２－13－８	(03) 3555—7353	(03) 3555—7367
	札幌営業所	060-0908	札幌市東区北８条東３－２－10　宮村ビル606	(011) 751—6472	(011) 751—6471
	仙台営業所	981-0911	仙台市青葉区台原２－10－２　アークヒルズ台原103	(022) 219—6551	(022) 219—6561
	本社・あきる野テクニカルセンター	197-0823	あきる野市野辺569－６	(042) 532—8271	(042) 532—8234
	名古屋営業所	452-0806	名古屋市西区五才美町59	(052) 509—7201	(052) 509—7202

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	大阪営業所	540-0038	大阪市中央区内淡路町1—4—8　中大江ビル303	(06) 4790—3235	(06) 4790—3236
	広島営業所	731-0137	広島市安佐南区山本2—3—13	(082) 850—2271	(082) 850—2272
	福岡営業所	813-6591	福岡市東区多の津1—14—1　FRCビル1F	(092) 623—1689	(092) 623—1789
東芝メディカルシステムズ株式会社	本社	324-8550	大田原市下石上1385	(0287) 26—6211	(0287) 26—6050
	北海道支社	065-0042	札幌市東区本町2条2—3—6	(011) 785—3131	(011) 785—1104
	東北支社	989-3204	仙台市青葉区南吉成2—17—2	(022) 279—3510	(022) 279—5701
	関東支社	331-8701	さいたま市北区土呂町1—45—10	(048) 651—9211	(048) 651—8274
	首都圏支社	104-0031	中央区京橋1—19—8　大野ビル	(03) 3562—0212	(03) 3562—0256
	中部支社	450-0003	名古屋市中村区名駅南1—4—12　ガーデンビル	(052) 581—9310	(052) 582—7615
	関西支社	530-0054	大阪市北区南森町2—1—29　三井住友銀行南森町ビル	(06) 6362—3990	(06) 6365—6424
	中四国支社	730-0017	広島市中区鉄砲町8—18　広島日生みどりビル	(082) 511—8512	(082) 511—8523
	九州支社	816-0864	春日市須玖北2—8	(092) 575—2711	(092) 575—2705
東ソー株式会社	東京本社	105-8623	港区芝3—8—2	(03) 5427—5181	(03) 5427—5520
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町1—11—1	(022) 266—2341	(022) 267—5745
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦1—17—13	(052) 211—5730	(052) 211—5740
	大阪支店	541-0043	大阪市中央区高麗橋4—4—9	(06) 6209—1948	(06) 6209—1965
	福岡支店	810-0001	福岡市中央区天神1—13—2	(092) 781—0481	(092) 751—7015
	山口営業所	746-8501	新南陽市開成町4560	(0834) 63—9888	(0834) 63—6627
	カスタマーサポートセンター	252-1123	綾瀬市早川2743—1	(0467) 76—5384	(0467) 79—2550
東洋器材科学株式会社	本社	335-0003	蕨市南町4—7—10	(048) 447—3381	(048) 431—4685
東洋紡績株式会社	本社	530-8230	大阪市北区堂島浜2—2—8	(06) 6348—3335	(06) 6348—3833
	支社	141-8633	品川区東五反田2—10—2　東五反田スクエア	(03) 6422—4849	(03) 6422—4951
日水製薬株式会社	本社	110-8736	台東区上野3—23—9	(03) 5846—5611	(03) 5846—5619
	支援業務センター	307-0036	結城市北南茂呂1075—2	(0296) 20—9700	(0296) 20—9801
	北日本営業所	981-0933	仙台市青葉区柏木1—2—45　フォレスト仙台6F	(022) 717—3401	(022) 717—3410
	東京営業所	110-8736	台東区上野3—23—9	(03) 5846—5708	(03) 5846—5676
	名古屋営業所	460-0013	名古屋市中区上前津2—14—15	(052) 332—8572	(052) 332—8771
	大阪営業所	541-0057	大阪市中央区北久宝寺町2—5—9	(06) 6253—1722	(06) 6253—1729
	広島営業所	730-0811	広島市中区中島町9—1	(082) 243—2235	(082) 241—4715
	福岡営業所	812-0016	福岡市博多区博多東1—2—15	(092) 475—7511	(092) 475—7666

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
ニットーボーメディカル株式会社	東京本社	102-0073	千代田区九段北3－2－11	(03) 3238－4541	(03) 3238－4591
	大阪支店	541-0043	大阪市中央区高麗橋4－3－10	(06) 6208－4957	(06) 6208－4976
	札幌営業所	003-0027	札幌市白石区本通り7－北1－33	(011) 866－7001	(011) 866－7012
	仙台営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町1－3－1	(022) 266－8956	(022) 266－8998
	名古屋営業所	460-0003	名古屋市中区錦1－17－13	(052) 231－5138	(052) 231－0158
	広島営業所	730-0029	広島市中区三川町2－11	(082) 241－8245	(082) 541－0711
	福岡営業所	812-0025	福岡市博多区店屋町8－30	(092) 281－1171	(092) 281－1161
ニップンテクノクラスタ株式会社	本　　社	169-0075	新宿区高田馬場1－30－5　千寿ビル4F	(03) 5287－6761	(03) 5287－6765
ニプロ株式会社	本　　社	531-8510	大阪市北区本庄西3－9－3	(06) 6373－3155	(06) 6374－0697
	札幌支店	060-0009	札幌市中央区北9条西19－35	(011) 631－7311	(011) 631－7314
	盛岡営業所	020-0334	盛岡市盛岡駅前通15－20　ニッセイ盛岡駅前ビル4F	(019) 654－0200	(019) 654－0211
	秋田営業所	010-0951	秋田市山王2－1－40　田口ビル5F	(018) 867－8180	(018) 867－8480
	仙台支店	980-0802	仙台市青葉区二日町14－15　アミグランデ二日町1F	(022) 268－7756	(022) 268－7743
	福島営業所	963-8861	郡山市鶴見坦1－6－36　鶴見坦橋本地所ビル101	(024) 931－8999	(024) 922－7457
	新潟支店	950-0915	新潟市鐙西2－29－15　ピュアコートペル2F	(025) 248－7518	(025) 248－7506
	関東北支店	331-0815	さいたま市北区大成町4－421－2	(048) 666－3721	(048) 666－3772
	茨城営業所	310-0842	水戸市けやき台3－6－1　スカイヒルズ202号	(029) 304－1177	(029) 246－0068
	関東東支店	261-0023	千葉市美浜区中瀬1－7－1　住友ケミカルエンジニアリングセンタービル23F	(043) 351－8501	(043) 351－8502
	東京第一・第二支店	113-0033	文京区本郷4－3－4　ニプロビル2F	(03) 3818－0425	(03) 3818－0469
	横浜支店	221-0052	横浜市神奈川区栄町1－1　アーバンスクエア横浜11F	(045) 441－3222	(045) 441－3256
	西東京支店	190-0022	立川市錦町2－7－10　西野ビル1F	(042) 521－1471	(042) 521－1476
	長野営業所	390-0871	松本市桐3－2－45　山本ビル2F－1	(0263) 36－0522	(0263) 36－5212
	静岡支店	422-8051	静岡市駿河区中野新田305－1　東名第一ビル3F	(054) 283－6413	(054) 283－8794
	名古屋支店	465-0024	名古屋市名東区本郷2－91　高柳本郷ビル	(052) 777－1010	(052) 777－1015
	北陸営業所	921-8005	金沢市間明町2－273　中元ビル2F	(076) 292－0245	(076) 292－0216
	京都支店	606-8204	京都市左京区田中下柳町36	(075) 752－0820	(075) 752－0824
	阪奈支店	531-0072	大阪市北区豊崎3－3－13	(06) 6373－0555	(06) 6373－0385
	阪和支店	591-8023	堺市北区中百舌鳥町5－758　AKIBOビル6F	(072) 240－3296	(072) 257－8390
	神戸支店	650-0015	神戸市中央区多聞通4－1－3　ナカヤマビル7F	(078) 361－7585	(078) 361－7587
	岡山支店	700-0964	岡山市北区中仙道2－27－13	(086) 243－7591	(086) 244－0932

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	広島支店	731-0135	広島市安佐南区長東3—45—3	(082) 238—8307	(082) 238—8631
	四国支店	761-8013	高松市香西東町304—1　新栄ビル	(087) 882—2828	(087) 882—7729
	福岡支店	816-0935	大野城市錦町2—2—12	(092) 574—3731	(092) 574—1748
	熊本支店	862-0913	熊本市尾ノ上1—12—3　ファインパレス尾ノ上103	(096) 331—7330	(096) 331—7335
	鹿児島支店	890-0046	鹿児島市西田2—28—9　アスカII 1F	(099) 258—2775	(099) 255—6303
日本光電工業株式会社	本社	161-8560	新宿区西落合1—31—4	(03) 5996—8000	(03) 5996—8085
	販社、営業所		全国10販社、120営業所		
㈶日本適合性認定協会　認定センター		141-0022	品川区東五反田1—22—1	(03) 3442—1217	(03) 5475—2780
日本電子株式会社	本社	196-8558	昭島市武蔵野3—1—2	(042) 543—1111	(042) 546—3353
	東京支店	190-0012	立川市曙町2—8—3　新鈴春ビル6F	(042) 528—3341	(042) 528—3488
	札幌支店	060-0809	札幌市北区北9条西3—19　ノルテプラザ5F	(011) 726—9680	(011) 717—7305
	仙台支店	980-0021	仙台市青葉区中央2—2—1　仙台三菱ビル6F	(022) 222—3324	(022) 265—0202
	筑波支店	305-0033	つくば市東新井18—1	(029) 856—3220	(029) 856—1639
	横浜支店	222-0033	横浜市港北区新横浜3—6—4　新横浜千歳観光ビル6F	(045) 474—2181	(045) 474—2180
	名古屋支店	450-0001	名古屋市中村区那古野1—47—1　名古屋国際センタービル14F	(052) 581—1406	(052) 581—2887
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島5—14—5　新大阪INビル11F	(06) 6304—3941	(06) 6304—7377
	関西応用研究センター	532-0011	大阪市淀川区西中島6—9—27　新大阪メイコービル1F	(06) 6305—0121	(06) 6305—0105
	広島支店	730-0015	広島市中区橋本町10—6　広島NSビル5F	(082) 221—2500	(082) 221—3611
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前2—1—1　福岡朝日ビル5F	(092) 411—2381	(092) 473—1649
日本ポール株式会社	本社	141-0031	品川区西五反田1—5—1	(03) 3495—8319	(03) 3495—8301
日本ミリポア株式会社	本社	108-0073	港区三田1—4—28　三田国際ビル	(0120) 633—358	(03) 5442—9736
ニューコン株式会社	本社	116-0014	荒川区東日暮里5—41—12	(03) 3805—2590	(03) 3805—2685
ノバ・バイオメディカル株式会社		140-0013	品川区南大井6—26—2	(03) 5471—5461	(03) 5471—5474
バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社	本社	140-0002	品川区東品川2—2—24　天王洲セントラルタワー	(03) 6361—7070	(03) 5463—8481
	大阪営業所	532-0025	大阪市淀川区新北野1—14—11　大阪新北野第一生命ビル	(06) 6309—5860	(06) 6308—3064
バイオテック株式会社	本社	113-0034	文京区湯島2—29—4　古沢ビル	(03) 3816—6931	(03) 3818—4554
	大阪営業所	533-0034	大阪市東淀川区東中島1—6—14　第2日大ビル907号	(06) 6379—1555	(06) 6379—1565
株式会社バイロクエスト	本社	541-0047	大阪市中央区淡路町2—2—5	(06) 6152—9940	(06) 6152—9941
	つくばオフィス	300-2655	つくば市諏訪C21街区1　ジャドールツクバ101号室	(029) 839—0322	(029) 839—0323
浜松ホトニクス株式会社	本社事務所	430-8587	浜松市中区砂山町325—6　日本生命浜松駅前ビル	(053) 452—2141	(053) 456—7889

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	電子管事業部（豊岡製作所）	438-0193	磐田市下神増314－5	(0539) 62—3151	(0539) 62—2205
	固体事業部	435-8558	浜松市東区市野町1126－1	(053) 434—3311	(053) 434—5184
	システム事業部	431-3196	浜松市東区常光町812	(053) 435—1560	(053) 435—7570
	中央研究所	434-8601	浜松市浜北区平口5000	(053) 586—7111	(053) 586—6180
	筑波研究所	300-2635	つくば市東光台5－9－2	(029) 847—5161	(029) 847—5266
	東京支店	105-0001	港区虎ノ門3－8－21　虎ノ門33森ビル5F	(03) 3436—0491	(03) 3433—6997
	大阪営業所	541-0052	大阪市中央区安土町2－3－13　大阪国際ビル10F	(06) 6271—0441	(06) 6271—0450
	仙台営業所	980-0011	仙台市青葉区上杉1－6－11　日本生命仙台勾当台ビル2F	(022) 267—0121	(022) 267—0135
	筑波営業所	300-2635	つくば市東光台5－9－4　筑波研究コンソーシアム2F	(029) 847—3821	(029) 847—8654
株式会社 日立ハイテクノロジーズ	本　　社	105-8717	港区西新橋1－24－14	(03) 3504—7211	(03) 3504—7754
	北海道支店	060-0807	札幌市北区北七条西1－1－2　SE山京ビル7F	(011) 707—3353	(011) 707—3410
	東北支店	980-0021	仙台市青葉区中央3－2－1　青葉通プラザ	(022) 264—3211	(022) 267—6453
	中部支店	460-0003	名古屋市中区錦2－13－19　瀧定ビル4F	(052) 219—1744	(052) 219—1866
	関西支店	532-0003	大阪市淀川区宮原3－3－31　上村ニッセイビル	(06) 4807—2571	(06) 4807—2559
	四国営業所	761-8071	高松市伏石町2027－9	(087) 814—9911	(087) 814—9912
	中国支店	730-0011	広島市中区基町11－13　第一生命ビル	(082) 221—4514	(082) 221—4513
	九州支店	812-0026	福岡市博多区上川端町12－20　ふくぎん博多ビル	(092) 778—3010	(092) 721—6301
Humasis Co., Ltd.			Rm. 504, Shinwon Vision Tower 898, Hogye-Dong	+82-31-478-8591	+82-31-478-8586
			Dongan-Gu, Anyang-Si, Gyeonggi-Do, 431-836, Korea		
ファディア株式会社	本　　社	163-1431	新宿区西新宿3－20－2　東京オペラシティータワー	(03) 5365—8338	(03) 5365—8336
	自己免疫診断事業室	163-1431	新宿区西新宿3－20－2　東京オペラシティータワー	(03) 5365—8560	(03) 5365—8336
	大阪営業所	532-0004	大阪市淀川区西宮原1－5－28	(06) 6350—2242	(06) 6350—2197
	福岡営業所	812-0038	福岡市博多区祇園町1－1	(092) 282—6721	(092) 282—6721
フィンガルリンク株式会社	本　　社	130-0005	墨田区東駒形2－13－13	(03) 3625—6543	(03) 3625—6545
	札幌営業所	065-0024	札幌市東区北24条東2－4－10　丸源ビル2F	(011) 711—7813	(011) 711—7816
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島6－5－3　サムティフェイム新大阪2403	(06) 6889—5451	(06) 6889—5450
	東京開発センター	111-0041	台東区元浅草2－6－6　東京日産台東ビル904	(03) 5806—9883	(03) 3841—2956
	盛岡開発センター	200-0033	盛岡市盛岡駅前北通5－6　MDIビル	(019) 626—6543	(019) 626—6545
フクダ電子株式会社	本　　社	113-8483	文京区本郷3－39－4	(03) 5802—6600	
富士フイルムメディカル株式会社	本　　社	106-0031	港区西麻布2－26－30　富士フイルム西麻布ビル	(03) 6419—8000	(03) 5469—3510

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	営業推進本部・POCT部	106-0031	港区西麻布2—26—30　富士フイルム西麻布ビル	(03) 6419—8035	(03) 5469—4190
	北海道地区営業本部	001-0081	札幌市北区北18条西3—1—38	(011) 757—7777	(011) 728—2010
	東北地区営業本部	980-0811	仙台市青葉区一番町3—7—23　明治安田生命仙台一番町ビル	(022) 217—0035	(022) 217—0037
	東京地区営業本部	106-0031	港区西麻布2—26—30　富士フイルム西麻布ビル	(03) 6419—8098	(03) 5469—3815
	北関東地区営業本部	330-0842	さいたま市大宮区浅間町2—240	(048) 645—6001	(048) 647—2560
	南関東地区営業本部	222-0033	横浜市港北区新横浜2—8—11	(045) 471—7311	(045) 472—6321
	中部地区営業本部	460-0008	名古屋市中区栄2—12—12　白川第2ビル別館7F	(052) 221—7871	(052) 203—4875
	関西・中四国地区営業本部	532-0004	大阪市淀川区西宮原1—3—5	(06) 6396—5124	(06) 6396—5159
	四国営業所	760-0050	高松市亀井町8—11　高松あおば生命ビル	(087) 834—8844	(087) 833—4694
	九州地区営業本部	812-0011	福岡市博多区博多駅前4—13—19	(092) 451—3229	(092) 474—2605
富士レビオ株式会社	本社	103-0007	中央区日本橋浜町2—62—5	(03) 5695—9210	(03) 5695—9234
	東京支店	103-0007	中央区日本橋浜町2—62—5	(03) 5695—0711	(03) 5695—0858
	首都圏支店	103-0007	中央区日本橋浜町2—62—5	(03) 5695—0711	(03) 5695—0858
	北海道支店	060-0908	札幌市東区北8条東3—2—10　宮村ビル	(011) 731—2500	(011) 731—2501
	東北支店	980-0811	仙台市青葉区一番町2—8—10　ニッセイ同和損保仙台ビル1F	(022) 264—4001	(022) 264—4008
	北関東支店	330-8545	さいたま市大宮区宮町2—81　大宮アネックスビル	(048) 643—0321	(048) 644—2724
	湾岸支店	222-0033	横浜市港北区新横浜3—18—14　住生新横浜第2ビル	(045) 478—3181	(045) 475—4104
	中部支店	465-0025	名古屋市名東区上社2—174	(052) 775—1081	(052) 775—1833
	大阪支店	532-0033	大阪市淀川区新高3—9—14　MMビル4F	(06) 6150—5520	(06) 6150—5530
	中四国支店	732-0052	広島市東区光町1—10—19　日本生命広島光町ビル	(082) 264—3366	(082) 263—7712
	九州支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東2—10—1　福岡ビルS館6F	(092) 472—5661	(092) 474—8555
扶桑薬品工業株式会社	本社事務所	536-8523	大阪市城東区森之宮2—3—11	(06) 6969—1131	(06) 6969—2341
	札幌支店	003-0005	札幌市白石区東札幌5条1—2—20	(011) 814—3811	(011) 814—3815
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町1—14—21	(022) 221—2656	(022) 262—2600
	東京第一支店	103-0023	中央区日本橋本町2—4—5	(03) 5203—7101	(03) 5203—7088
	名古屋支店	461-0001	名古屋市東区泉1—3—26	(052) 962—5001	(052) 971—6592
	大阪支店	541-0045	大阪市中央区道修町1—7—10	(06) 6203—5671	(06) 6231—6886
	岡山支店	700-0834	岡山市天瀬南町9—12	(086) 225—4505	(086) 225—2329
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町3—59	(082) 228—6591	(082) 228—6594
	福岡支店	812-0024	福岡市博多区綱場町8—23	(092) 271—0501	(092) 291—6739

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	その他2支店				
古野電気株式会社	本社	662-8580	西宮市芦原町9-52	(0798)65—2111(代)	(0798)63—1020(代)
	INTセンター	662-0934	西宮市西宮浜2—20	(0798)33—7500(代)	(0798)33—7506(代)
ベックマン・コールター株式会社	本社	135-0063	江東区有明2—5—7　TOC有明ウエストタワー	(03) 6745—4704	(03) 5530—2460
	大阪支店	565-0083	豊中市新千里西町1—1—8　第一火災千里中央ビル		
	札幌オフィス	003-0807	札幌市白石区菊水7条2—7—1　札幌流通倉庫東ビル		
	仙台オフィス	980-0803	仙台市泉区中央1—13—4　泉エクセルビル		
	名古屋オフィス	460-0003	名古屋市中区錦3—10—33　錦SISビル		
	広島オフィス	732-0052	広島市東区光町1—10—19　日本生命広島光町ビル		
	福岡オフィス	811-2205	糟屋郡志免町大字別府681—4　アクセス空港東		
ベックマン・コールター・バイオメディカル株式会社	首都圏営業グループ	163-0914	新宿区西新宿2—3—1　新宿モノリス	(03) 3340—2227	(03) 6901—4916
	札幌	060-0034	札幌市中央区北4条東1—2—3　札幌フコク生命ビル	(011) 222—2554	(011) 222—2587
	仙台	981-3133	仙台市泉区泉中央1—13—4　泉エクセルビル	(022) 773—8731	(022) 371—1102
	さいたま	331-0812	さいたま市北区宮原町2—16—14　新正ビル	(048) 665—5396	(048) 661—7665
	名古屋	460-0003	名古屋市中区錦2—19—25　日本生命広小路ビル	(052) 201—4868	(052) 201—9588
	大阪	532-0003	大阪市淀川区宮原1—6—1　新大阪ブリックビル	(06) 6399—8008	(06) 6399—9102
	福岡	810-0004	福岡市中央区渡辺通3—6—11　福岡フコク生命ビル	(092) 761—4551	(092) 712—1605
株式会社ヘレナ研究所	本社	330-0061	さいたま市浦和区常盤9—21—19	(048) 833—3208	(048) 833—3273
	大阪支社	540-0011	大阪市中央区農人橋2—1—31	(06) 6945—1070	(06) 6945—1055
株式会社堀場製作所	本社	601-8510	京都市南区吉祥院宮の東町2番地	(075) 313—5736	(075) 321—0752
	東京セールスオフィス	101-0031	千代田区東神田1—7—8　アルテビル東神田	(03) 3861—8389	(03) 3861—8259
	名古屋セールスオフィス	461-0004	名古屋市東区葵3—15—31　住友生命千種第2ビル6F	(052) 936—5781	(052) 936—5789
	大阪セールスオフィス	532-0011	大阪市淀川区西中島7—4—17　新大阪上野東洋ビル4F	(06) 6390—8013	(06) 6390—8012
	九州セールスオフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東2—6—26　安川産業ビル6F	(092) 472—5041	(092) 474—5289
株式会社ミズホメディー	本社	841-0048	鳥栖市藤木町5—4	(0942) 85—0303	(0942) 85—0312
	東京営業所	111-0053	台東区浅草橋3—20—12　ニュー蔵前ビル	(03) 3861—7447	(03) 3861—7448
	名古屋営業所	464-0851	名古屋市千種区今池南29—24　川島第1ビル	(052) 733—5266	(052) 733—5422
	大阪営業所	553-0003	大阪市福島区福島5—3—7　エスティ西梅田ビル302	(06) 6458—5711	(06) 6458—5648
三菱化学メディエンス株式会社	本社	108-8559	港区芝浦4—2—8	(03) 6722—4000	(03) 6722—4011
	北海道支店	060-0042	札幌市中央区大通西7—1—1	(011) 271—6961	(011) 271—4870

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	東北支店	982-0012	仙台市太白区長町南1－1－27	(022) 308－1869	(022) 249－6335
	東京支店	162-0812	新宿区西五軒町13－1	(03) 5206－1670	(03) 5206－1744
	関東支店	162-0812	新宿区西五軒町13－1	(03) 5206－1669	(03) 5206－1744
	中部支店	464-0850	名古屋市千種区今池5－1－5	(052) 735－5915	(052) 735－5925
	北陸支店	920-0025	金沢市駅西本町6－11－16	(076) 222－2321	(076) 222－2329
	関西支店	541-0044	大阪市中央区伏見町4－1－1	(06) 6204－8585	(06) 6204－8715
	中四国支店	730-0811	広島市中区中島町3－25	(082) 545－8595	(082) 545－8606
	九州支店	813-0034	福岡市東区多の津1－14－1	(092) 611－6611	(092) 611－6633
ムゲンシステム株式会社	本社	103-0015	中央区日本橋箱崎町36－3－507	(03) 3820－7351	(03) 3820－7352
メディカテック株式会社	本社	340-0816	八潮市中央1－11－28	(048) 997－2305	(048) 996－6968
	営業所	340-0822	八潮市大瀬863－1	(048) 994－3450	(048) 994－3452
メディカルシステム株式会社	本社	733-0853	広島市西区山田新町1－28－12		
	本社事業部	733-0842	広島市西区井口5－15－9	(082) 270－5088	(082) 270－5077
	福岡営業所	811-2312	糟屋郡粕屋町戸原135－1	(092) 939－0979	
株式会社メディカルジャパン	本社	431-3102	浜松市東区豊西町515－2	(053) 489－6638	(053) 489－6639
	工場所在地	431-3102	浜松市東区豊西町904－7	(053) 435－9881	(053) 435－9882
	サービス拠点		千葉・神奈川・静岡・大阪・神戸・佐賀		
Medix Biochemica Oy Ab			Asematie 13 FIN-02700 Kauniamen Finland	+358-9-547-680	+358-9-505-3441
	錦商事㈱	103-0012	中央区日本橋堀留町1－2－10	(03) 3639－8721	(03) 3661－9594
有限会社山久化成	本社	206-0803	稲城市向陽台4－2－C－1007	(042) 370－4744	(042) 370－4745
ラジオメーター株式会社	本社	105-0003	港区西新橋3－16－11　愛宕イーストビル	(03) 5777－3500	(03) 5777－3501
	札幌営業所	001-0010	札幌市北区北10条西1－11　浦野ビル	(011) 746－3390	(011) 746－3395
	仙台営業所	980-0824	仙台市青葉区支倉町4－34　マルキンビル	(022) 268－3008	(022) 268－4540
	東京営業所	105-0003	港区西新橋3－16－11　愛宕イーストビル	(03) 5777－3555	(03) 5777－3556
	長野営業所	380-0917	長野市稲葉南俣2605－1　滝沢ビル	(026) 223－6855	(026) 223－6853
	金沢営業所	920-0025	金沢市駅西本町1－14－29　サン金沢ビル	(076) 231－4455	(076) 231－4499
	名古屋営業所	461-0004	名古屋市東区葵2－12－1　ナカノビル	(052) 934－2711	(052) 934－2714
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原3－5－36　新大阪MT2ビル	(06) 6350－2000	(06) 6350－2005
	広島営業所	732-0814	広島市南区段原南1－3－53　広島イーストビル	(082) 568－6355	(082) 261－2670
	高松営業所	760-0079	高松市松縄町506　シブヤビル松縄	(087) 815－1551	(087) 865－8448

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	福岡営業所	814-0003	福岡市早良区城西1－8－36　西新町ファーストビル	(092) 822-2135	(092) 822－3180
	鹿児島営業所	892-0847	鹿児島市西千石町11－25　フコク生命高見馬場ビル	(099) 227－9383	(099) 227－9384
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社	本　　社	105-0014	港区芝2－6－1	(03) 5443－7041	(03) 5443－7114
	札幌支店	060-0031	札幌市中央区北1条東1－2－5　明治安田生命札幌北1条東ビル6F	(011) 251－1331	(011) 231－1603
	仙台支店	980-0822	仙台市青葉区立町27－21　仙台橋本ビル6F	(022) 224－6491	(022) 267－3877
	関東支店	105-0014	港区芝2－6－1	(03) 5730－9431	(03) 5730－9446
	東京支店	105-0014	港区芝2－6－1	(03) 5765－8081	(03) 5765－8082
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦2－4－3　錦パークビル13F	(052) 220－5741	(052) 220－5742
	大阪支店	560-0082	豊中市新千里東町1－5－3　千里朝日阪急ビル12F	(06) 4863－7621	(06) 4863－7625
	広島支店	730-0022	広島市中区銀山町3－1　ひろしまハイビル21	(082) 545－5120	(082) 545－5123
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前1－4－4　JPR博多ビル12F	(092) 461－1021	(092) 461－1025
株式会社ワカミヤ商会	本　　社	503-0896	大垣市高橋町1－17	(0584) 78－4547	(0584) 78－4272
和光純薬工業株式会社	本　　社	540-8605	大阪市中央区道修町3－1－2	(06) 6203－3747	(06) 6203－4640
	東京営業所	103-0023	中央区日本橋本町2－1－7　タケダ本町ビル2F	(03) 3270－9131	(03) 3241－5752
	北海道営業所	060-0001	札幌市中央区北1条西13－4　タケダ札幌ビル4F	(011) 271－0285	(011) 271－0835
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町2－9－5　コア本町ビル3F	(022) 222－3072	(022) 264－2228
	甲信越営業所	390-0833	松本市双葉10－22　双葉町ビルB棟3F　312号	(0263) 28－0335	(0263) 28－0388
	東海営業所	465-0018	名古屋市名東区八前2－914	(052) 772－0788	(052) 775－9413
	中国営業所	735-0024	安芸郡府中町緑ヶ丘6－40	(082) 285－6381	(082) 286－2033
	九州営業所	813-0062	福岡市東区松島3－22－30	(092) 622－1005	(092) 621－9345

編集後記

2009年JSCLA・JSLM共催展示会の開催に当たり，恒例の展示目録を作成いたしました。

昨年は，新しい展示会社が海外を含めて13社ありましたが，今年も新しい展示会社が海外を含めて16社出展してくれました。展示委員一同大いに感謝している次第です。

昨年は8,400名の来場者があり，過去最高でした。また，会期の曜日を従来の水，木，金から木，金，土に変更したことにより，来場者の動向が変わり，特に土曜日には病院関係者が40％も増えました。予想以上に病院関係者にご来場して頂いたことを大変喜んでいます。

今年も多くの見学者のご来場と盛況を期待しています。

また，この展示目録が皆さんの日常業務の中で，少しでもお役に立てれば幸いです。

平成21年度JACLA展示委員会
小笠原　繁（和光純薬工業）
川上　　彰（振　興　会）
川中　士郎（日 本 電 子）
神吉　典和（シスメックス）
冨田　修二（栄 研 化 学）

2009日本臨床検査自動化学会・
日本臨床検査医学会　共催展示会

2009 EXHIBITORS' CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化振興会（JACLA）
〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-6
（ワイユウビル6F）
Tel. 03(5689)5910
Fax. 03(5689)5917
ホームページ：http://homepage3.nifty.com/jacla
印刷：壮光舎印刷株式会社
2009年10月8日印刷・発行
（非売品・禁複写）

JACLA

JSCLA http://www.jscla.com/
JSLM http://www.jslm.org
JACLA http://homepage3.nifty.com/jacla/