

JSCLA

Japanese Society of Clinical Laboratory Automation (JSCLA)

Japanese Society of Laboratory Medicine (JSLM)

2010 EXHIBITION


EXHIBITORS' CATALOGUE

2010
日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会
共催展示会【展示目録】
日時：10/7(Thu.), 8(Fri.), 9(Sat.)
会場：KOBE CITY JAPAN



コス島のヒポクラテスの木

ヒポクラテスの木



1976年、ギリシャの*Dr.Thomas Doxiads*からコス島育ちの苗を贈られた緒方富雄先生が、東京大学医学部図書館の前庭に植樹したもので、現在、10mを超える高さまで大きく育っている。

医聖ヒポクラテスが、故郷のコス島の木陰で、若い弟子達に「医の道」を説いたと言い伝えられるプラタナス(和名スズカケ)の木は「ヒポクラテスの木」と呼ばれ、現在でもその子孫樹が巨樹となってコス島に生育しており、ここを訪れる医療関係者も多い。

我国の「ヒポクラテスの木」は、1955年に慶應出身の篠田秀男先生がコス島から持ち帰った種を発芽させ、母校の慶應大学、地元の山形大学などに植樹したのが始まりといわれている。その後1966年、新潟の蒲原宏先生も種を持ち帰り発芽させて新潟大学、九州大学、岡山大学などに植樹されたようである。現在、枯死したものも少なくないが、その由来株が各地の大学、病院などに「医学教育のシンボル」として植樹されている。

ご 挨 拶



この展示目録は 2010 年の日本臨床検査自動化学会･日本臨床検査医学会共催展示会に際して，今年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものです。

自動化振興会の事業の大きな一つである最新の臨床検査機器および検査試薬の情報がコンパクトにおさめられ，末尾には出展各社のプロフィールも掲載されています。

昨年は展示会入場者 8,100 名，大会参加者 2,300 名と例年と同じく盛会でした。世界大不況のつづく年でしたが，この秋の自動化学会大会・展示会に参加して次年度の新しい検査室の構築に向けようとする検査関連の方々の情熱が感じられました。

大会につきましては，大会長　村田　満　教授（慶應義塾大学）の下“自動化が切り拓く明日の医療”をメインテーマに村田教授の明日の医療にかける情熱のこもった好企画が皆様をお待ちしております。

最後となりますが，この冊子出版をはじめ展示会全般にわたっての振興会の方々のこの一年を通しての御苦労に感謝する次第です。

平成 22 年 10 月 7 日
日本臨床検査自動化振興会 理事長
日本臨床検査自動化学会 会長
中井　利昭



ご 挨 拶

2010 度の日本臨床検査自動化学会および日本臨床検査医学会の共催展示に際しまして，日本臨床検査医学会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。

近年，診断機器の開発・発展が急速に進み，全自動化され汎用性の高い機器システムが次々に開発されてきております。一方では有用性が高く精度・迅速性にも優れた試薬が開発され，免疫学的手法を用いた各種検査や，遺伝子関連検査に代表される先進医療を支えるための検査が臨床の場で広がってきており，院内検査部での対応が求められつつあります。測定機器とともに検体自動搬送装置や，検査データを包括管理するためのコンピューターシステムの導入は，電子カルテや DPC の導入，外来検体の迅速検査（外来迅速検体検査加算の算定）における検査オーダー・結果の情報伝達のためのオンライン化とも併せ，必須アイテムであります。これらの進歩・導入は日常の診療業務の改善に大きく寄与して参りましたし，一方では ER，ICU などのベッドサイド，あるいは救急現場での導入が進んでいる POCT 機器・試薬の開発についても注目が集まっております。

今年度の医療費改定では，医科での改定率が 1.74％増となったなかで，臨床検査については前回の改定に引き続いて評価見直しの流れに沿って改定が行われており，2％強の増額になったとの報告も出ております。これを追い風にして，院内検査部を含め検査医療界全体が元気を取り戻し，有用性の高い検査機器・試薬の開発，あるいは検査部の運営改善，機器の導入などに繋がるよう期待しているところであります。

日本臨床検査自動化学会の学術集会に合わせて開催されるこの展示では，臨床検査に関わるアップデートな情報が提供されております。昨今の厳しい医療環境の中，検査室では高い臨床的有用性を有し，精度，操作性，そして経済性にも優れた機器・システムの選択が求められており，この展示で得られる情報は，これからの検査室における機器選択・購入にお役にたつものと思います。

本目録は今年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものであり，それぞれの医療機関，検査室に合った機器の選択を検討されるために活用していただければ幸いです。

最後に本目録の作成，ならびに展示に関わる準備・設営にご尽力いただいた関係諸氏に深謝いたしたいと存じます。

平成 22 年 10 月 7 日

日本臨床検査医学会

理事長　宮澤　幸久

2010 日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会 共催展示会　展示目録

目　　次

あいさつ（日本臨床検査自動化学会 会長　中井利昭）…… 1

あいさつ（日本臨床検査医学会 理事長　宮澤幸久）…… 3

臨床化学分析機器…… 7～15

1.電解質測定装置（電極法）／2.簡易分析装置／3.専用分析装置／4.多項目自動分析装置／
5.ドライケミストリー・システム／6.血液ガス分析装置／7.全自動電気泳動装置／8.電気泳動装置／
9.デンシトメータ装置／10.高速液体クロマトグラフィー装置／11.その他

核医学（RIA）機器…… 17～18

12.ラジオイムノアッセイ装置

免疫血清検査機器…… 18～22

13.酵素免疫測定装置／14.蛍光免疫測定装置／15.ネフェロメトリックイムノアッセイ装置／16.ラテックス凝集
反応測定装置／17.レーザーネフェロメータ／18.免疫比濁測定装置／19.発光免疫測定装置／20.蛍光偏光装置／
21.その他

血液検査機器 …… 23～29

22.多項目血球計数装置／23.血液凝固測定装置／24.血小板凝集測定装置／25.赤血球沈降速度自動測定装置／
26.血液標本自動作製装置／27.血液像自動分類装置／28.細胞分類装置／29.全自動輸血検査装置／30.その他

細菌検査機器 …… 31～34

31.微生物分類同定装置／32.感受性試験装置／33.DNA・RNA 測定装置／34.核酸抽出装置／35.その他

尿検査機器 …… 34〜35
36.浸透圧計／37.尿分析装置／38.尿沈渣分析装置／39.便潜血測定装置／40.その他

病理検査機器 …… 36
41.自動組織細胞染色装置／42.画像処理装置／43.その他

生理機能検査機器 …… 37〜38
44.呼吸機能自動検査システム／45.超音波膀胱容量測定装置／46.超音波骨密度測定装置

システム …… 39〜44
47.臨床検査システム／48.検体前処理システム／49.オートラベラー・バーコードプリンタ／50.分注装置／
51.遠心分離器

その他の臨床検査機器 …… 45〜48
52.マイクロピペット／53.純水自動製造装置／54.洗浄器／55.その他

体外診断用医薬品 …… 49〜71

自動分析装置専用試薬 …… 73〜76

コントロール血清 …… 77〜93

展示会社・主要製品紹介 …… 95〜145

展示会社・住所録 …… 147〜164

臨床化学分析機器

1. 電解質測定装置（電極法）Electrolyte Analyzer（by Ion Selective Electrode Method）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	標準方式	サンプラー	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	種類	外部／内部	有・無	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム D コンセプト™ D-02 SD-4810	22	4分/検体	Na, K, Cl		有	最大 300	40.8×33.0×13.2	10		同一装置で生化学項目測定可
アークレイ	スポットケム™EL SE-1520	22	60	Na, K, Cl	外部	無	40	13.5×22.5×13.8	1.5		
エイアンドティー	EA 07	22	150	Na, K, Cl	内部	有	200 以下	28×57.6×54.7	25		
シーメンス HCD	Rapidchem 744	55	1検体 35〜60秒	3			50	37×18×32	7.3	1,980	カートリッジ式試薬/省スペース・コンパクト設計
シーメンス HCD	Rapidchem 754	55	1検体 35〜60秒	3			50	37×18×32	7.3	1,980	カートリッジ式試薬/省スペース・コンパクト設計
常光	EX-Z	95	100	Na^+, K^+, Cl^-	内部	有	100/2	24×41×35	18		オートサンプラ付き
常光	EX-D	95	100	Na^+, K^+, Cl^-	内部	有	100/2	24×41×35	18		透析モード付き
常光	Ex-Ca	300	57	Na^+, K^+, Ca^{++}, pH	内部	無	100/2	30×30×37	13		透析モード付き
セントラル科学貿易	全自動電解質分析装置 EX-II	27	150	Na, K, Cl	内部	有	200	28×57.6×54.7	25	250	
テクノメディカ	STAX-3	110	120	Na, K, Cl, Hct	内部	有	100/3	26×40×38	17	330	
ロシュ・ダイアグノスティックス	電解質分析装置 Roche 9180 シリーズ	95	プリントアウト有45サンプル/h プリントアウト無60サンプル/h	Na, K, Cl, Ca, Li		無	100	31.5×29.5×33.5	6	120	Cl, Ca, Li 選択

2. 簡易分析装置（Analyzer for Simplified Operation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	種類		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	ラクテート・プロ™ LT-1710	5		1分/検体	乳酸	電極法	3V リチウム電池×2	5.5×1.45×8.38	0.05		
アークレイ	グルコカード マイダイア	2		15秒/検体	グルコース	電極法	3V リチウム電池×2	4.8×1.7×8.6	0.055		
アークレイ	グルコカード G+メーター	0.6		5.5秒/検体	グルコース	電極法	3V リチウム電池×2	5.3×1.8×8.8	0.05		
アボットジャパン	プレシジョン PC_x	2.5		1テスト/20秒	血糖	電極法	単3アルカリ電池	19.7×7.5×5.1	0.28	24.9	データ管理機能，オンライン機能を装備
アボットジャパン	エクシード	0.6		1テスト/5秒	血糖	電極法	リチウム電池	7.4×5.3×1.6	0.04	1.45	ケトン体測定も可能，記憶容量 450 テスト
エル・エム・エス	ニコカード CRP／HbA_{1c}	5			CRP/HbA_{1c}	固相免疫測定法		20×17×3	0.5		
エル・エム・エス	アフィニオン CRP/HbA_{1c}	1.5			CRP/HbA_{1c}		40	17×32×17	5		
積水メディカル	ラピッドピア	120		4	BNP	イムノクロマト	7.2	20×28×10	1.4	50	全血測定可能。前処理不用
ダイアシスジャパン	センソスター GL one	10		40秒/検体	Glu/Lac	電極法		20×15×17	2.0		全血使用可。自動校正機能装備
ダイアシスジャパン	センソスター GLH one	10		40秒/検体	Glu/Lac/Hb	電極法		20×15×17	2.0		全血使用可。自動校正機能装備
東洋紡績	ニコカード CRP/HbA_{1c}	(CRP) 25 (HbA_{1c}) 5			CRP/HbA_{1c}			20×17×3	0.5		
東洋紡績	アフィニオン CRP/HbA_{1c}	1.5			CRP/HbA_{1c}		40	17×32×17	5		

ノバ・バイオメディカル	スタットストリップ エクスプレス	1.2		6秒/検体	グルコース	電極法	3Vリチウム電池×1	5.84×2.29×9.14	0.075	1.5	干渉物質の影響を排除できる
ノバ・バイオメディカル	スタットストリップ コネクティビィティ	1.2		6秒/検体	グルコース	電極法	充電式リチウム電池	8.25×4.60×15.3	0.36	25	干渉物質の影響を排除できる。通信機能を持っている
ノバ・バイオメディカル	スタットセンサーi	1.2		30秒/検体	クレアチニン	電極法	充電式リチウム電池	8.25×4.60×15.3	0.36	25	eGFRを結果報告できる。干渉物質の影響を排除できる。通信機能を持っている

3. 専用分析装置（Special-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	種類		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	アダムス™グルコース GA-1152	24		150	グルコース	GOD過酸化水素電極法	160	41.2×40.7×41.0	20.5		
アークレイ	アダムス™グルコース GA-1171	30		156	グルコース	GOD過酸化水素電極法	180	53×45×53	35		
エイアンドティー	GA 05	30/5 自動切換	1800	160～200	グルコース	GOD固定化酵素電極	200以下	28×57.6×54.7	25		
エイアンドティー	GA 08 II	30/5 自動切換	1800	160～200	グルコース	GOD固定化酵素電極	200以下	55×48.3×48.3	48		
協和メデックス	DM-JACK Upgrade	～10	R1：210, R2：70	180	HbA_{1c}・GLU 1,5AG・GA	ラテックス免疫法 酵素法	600	42.3×46.4×52.0	32.3		
協和メデックス	DM-JACK II	～10	R1：210, R2：70	180	HbA_{1c}・GLU 1,5AG・GA	ラテックス免疫法 酵素法	600	20×70×106.5	100		
協和メデックス	DM-JACK EX	～10	R1：150, R2：50	300	HbA_{1c}・GLU 1,5AG・GA	ラテックス免疫法 酵素法	800	50×59×57	65		
協和メデックス	A_{1C} GEARK	1	同時3検体架設	6分/1テスト	HbA_{1C}	ラテックス免疫比濁法	120	23×27×27	10	45	
シーメンス HCD	DCAパンテージ	1		HbA_{1c} 6分/テスト 尿中アルブミン・クレアチニン 7分/テスト	HbA_{1c} 尿中アルブミン・クレアチニン	ラテックス凝集阻止反応	70	28.7×27.7×25.4	3.88	38.0	アルブミン指数を自動計算
堀場製作所	アントセンスIII	5～20		45秒/テスト	GLU	酵素電極法		20.0×18.0×6.5	0.8		グルコース専用POCT機器
堀場製作所	アントセンスロゼ	6		20秒/テスト	GLU	酵素電極法		8.4×21.6×6.5	0.5		グルコース専用POCT機器

4. 多項目自動分析装置（Automatic Multi-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オーソ・クリニカル ダイアグノスティックス	ビトロス 5.1 FS	5～11		750～845	66	200/20	234×84×133	640	3,900	
オーソ・クリニカル ダイアグノスティックス	ビトロス 5600	5～11		750～1034	100	200/20	279.4×91.4×182.7	1,000	7,600	
カイノス	CA-90	2～35	20～350	156	20 (ISE付23)	450以下	62×55.5×57	65	お問合せください	移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置
カイノス	CA-400	2～35	20～350	560	60 (ISE付63)	900以下	97×69×58.2	150	お問合せください	移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置
カイノス	CA-400 plus	2～35	20～350	460	60 (ISE付63)	900以下	97×69×58.2	150	お問合せください	移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置
関東化学	ビオリス12i	2～25	20～200	90(100)	15(18)	100/3	52×60.5×43.5	55		( )内はISEをつけた場合
シーメンス HCD	ディメンション RxL Max	2-60		800	47	100/20	159×81×112	366	3,500	
シーメンス HCD	ディメンション Xpand Plus	2-60		437	47	100/20	129×79×114	348	2,600	

シーメンス HCD	血中薬物自動分析装置 Viva-E システム	1～30	0～400	133	13	ハロゲンランプ12V-35W クーリングユニット3個	115×56×49	85	824	
シーメンス HCD	ディメンションビスタ 500	1-40		500	最大144	200/30	215×112×141	842	6,500	
シーメンス HCD	ディメンションビスタ 1500	1-40		1500	最大166	200/30	215×112×141	900	8,000	
シーメンス HCD	ディメンションビスタ 1000 T	1-40		1000	最大288	(200/30)×2	422×146×141	1,694	13,000	
シーメンス HCD	ディメンションビスタ 3000 T	1-40		3000	最大332	(200/30)×2	422×146×141	1,810	16,000	
シーメンス HCD	ディメンション EXL LM	2-60		624	47	100/20	208×104×124	496	5,400	
積水メディカル	日立クリニカルアナライザー S 40	5～15	50～210	4検体(1検体当たり5項目依頼)	40	100/2	54×60×45	30	190	液状試薬タイプ。メタボ関連検査に対応
積水メディカル	日立クリニカルアナライザー M 40	5～15	50～210	8検体(1検体当たり5項目依頼)	40	100/2	54×60×45	30	290	液状試薬タイプ。メタボ関連検査に対応
東京貿易機械	ピオリス 24*i* (プレステージ 24 *i*)	3～30	20～330	240	24(36)	100/6	80×64×52	95		
東京貿易機械	ピオリス 12 *i*	2～20	20～200	90	15	100/3	52×60.5×43.5	55		
東京貿易機械	ピオリス24*i*プレミアム	1.5～20.0	20～240	240	36(24)	100/6	80×67×52	95		
東芝メディカルシステムズ	TBA™-120FR	1.5～35	80～	比色 800 電解質 600	100	200/15	160×87.5×122.3	570		
東芝メディカルシステムズ	Accute™	2～25	120～	比色 400 電解質 600	35	100/15	103×79.4×105.2	320		
東芝メディカルシステムズ	TBA™-c16000	1.5～35	80～	比色 1600 電解質 600	206	200/15	200.6×124.5×121.9	680		
東芝メディカルシステムズ	TBA™-c8000	1.5～35	80～	比色 800 電解質 600	206	200/15	200.6×124.5×121.9	650		
東芝メディカルシステムズ	TBA™-c4000	1.5～35	80～	比色 400 電解質 600	206	200/15	160.2×90.7×125.1	550		
東洋紡績	TYB-9	2～35	20～350	180	20 (ISE付23)	450以下	62×55.5×57	65		
東洋紡績	TYB-18	2～35	20～400	450	40 (ISE付43)	700以下	97×69×58.2	135		
東洋紡績	TYB-40	2～35	20～350	560	60 (ISE付63)	900以下	77×62×50.5	150		
日本電子	JCA-BM 6070 Bio Majesty	2～30 (0.1 μL ステップ)	10～80 (0.1 μL ステップ)	2,400 テスト/h (ISE 付)	最大 103 (ISE 付)	最大 3 K	分析部(操作部含む) 170×88×142	700		・検体前希釈方式(1～5,625 倍) ・最終反応液量：60μL
日本電子	JCA-BM 6050 Bio Majesty	1～30 (0.1 μL ステップ)	5～70 (0.1 μL ステップ)	1,800 テスト/h (ISE 付)	最大 103 (ISE 付)	最大 3 K	分析部：148×92×113 操作部：74×73×148	600		・検体前希釈方式(1～5,625 倍) ・最終反応液量：50μL
日本電子	JCA-BM 6010 Bio Majesty	1～25 (0.1 μL ステップ)	5～300 (0.1 μL ステップ)	1,200 テスト/h (ISE 付)	最大 103 (ISE 付)	最大 2.6 K	分析部：122×85×111 操作部：70×70×148	450		HbA_{1c} 測定オプション
日本電子	JCA-BM 9130 Bio Majesty	1.48(HbA_{1c} のみ) 2～30 (0.1 μL ステップ)	5～70 (0.1 μL ステップ)	1,800 テスト/h (ISE 付)	最大 103 (ISE 付)	最大 3 K	分析部：148×92×113 操作部：74×73×148	600		血球成分(HbA_{1c}) 血漿成分(Glu)の同時測定
日本電子	JCA-BM 8060	2～30 (0.1 μL ステップ)	5～70 (0.1 μL ステップ)	生化学:最大7,200テスト/h ISE:最大1,800テスト/h	最大 203 (ISE 付)	200/60	分析部：590×135×126 操作部：74×73×148	2,735		・検体前希釈方式(1～5,625 倍) ・最終反応液量：50μL
日本電子	JCA 8040	2～30 (0.1 μL ステップ)	5～70 (0.1 μL ステップ)	生化学:最大4,800テスト/h ISE:最大1,800テスト/h	最大 203 (ISE 付)	200/40	分析部：452×135×126 操作部：74×73×148	2,005		・検体前希釈方式(1～5,625 倍) ・最終反応液量：50μL
日本電子	JCA 8030	2～30 (0.1 μL ステップ)	5～70 (0.1 μL ステップ)	生化学:最大3,600テスト/h ISE:最大1,800テスト/h	最大 203 (ISE 付)	200/35	分析部：383×135×126 操作部：74×73×148	1,655		・検体前希釈方式(1～5,625 倍) ・最終反応液量：50μL
日本電子	JCA 8020	2～30 (0.1 μL ステップ)	5～70 (0.1 μL ステップ)	生化学:最大2,400テスト/h ISE:最大1,800テスト/h	最大 203 (ISE 付)	200/25	分析部：314×135×126 操作部：74×73×148	1,275		・検体前希釈方式(1～5,625 倍) ・最終反応液量：50μL
日立ハイテクノロジーズ	7700	Dモジュール2～20 Pモジュール1.5～35	120～300	構成により異なる (最大800～8000テスト/h)	構成により異なる(16～96) (ISE付19～89)	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		オプション：増設用Eモジュール(免疫項目測定)(販売元ロシュ・ダイアグノスティックス製)
日立ハイテクノロジーズ	7180	1.5～35	120～300	最大 800 テスト/h	86 (ISE 付 89)	100/30	分析部：145×800×123 (分析部のみ)	約 400 (分析部のみ)		オプション：HbA_{1c} 測定機能

日立ハイテクノロジーズ	7020	2～35	180～500	最大200テスト/h	36 (ISE付39)	100/15	72×72×108.5	約190		
日立ハイテクノロジーズ	9000	1.5～35	100～250	最大1,000テスト/h	最大63 (ISE含む)	100/30	188×104×130 (分析部のみ)	約460 (分析部のみ)		
日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT 003	1.5～35	100～250	最大320テスト/h	最大42 (ISE付45)	100/20	132.5×85.9×126	約270		
日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT 008	1.5～35	100～250	構成により異なる (最大2,000～8,000テスト/h)	構成により異なる(70～117) (ISE付73-120)	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		
古野電気	CA-90	2～35	20～350	90	20	450以下	62×55.5×57	65	お問合せください	移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置
古野電気	CA-270	1.5～35	20～250	270 (ISE含404)	50 (ISE付53)	650以下	88×67×62.5	120	お問合せください	移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置
古野電気	CA-400	2～35	20～350	400 (ISE含560)	60 (ISE付63)	900以下	97×69×58.2	150	お問合せください	移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置
古野電気	CA-400 plus	2～35	20～350	330 (ISE含460)	60 (ISE付63)	900以下	97×69×58.2	150	お問合せください	移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置
ベックマン・コールター	ユニセル DxC 600	2～40	200～330	990	65	1.81 K	157.5×104.1×157.5	713.5		メンテナンスフリー試薬/検体バーコード対応
ベックマン・コールター	ユニセル DxC 800	2～40	200～330	1,440	70	1.89 K	177.8×104.1×157.5	782.4		緊急モジュールで11項目を約2分30秒で報告
ベックマン・コールター	AU 5840	1.0～17	10～170	8900テスト/h	120	12 K	533×158×160	2,720		オプションISE仕様
ベックマン・コールター	AU 5830	1.0～17	10～170	6900テスト/h	120	10 K	427×158×160	2,120		オプションISE仕様
ベックマン・コールター	AU 5820	1.0～17	10～170	4900テスト/h	111	8 K	321×158×160	1,520		オプションISE仕様
ベックマン・コールター	AU 5810	1.0～17	10～170	2900テスト/h	57	6 K	215×158×160	920		オプションISE仕様
ベックマン・コールター	AU 680	1～25	10～250	1200テスト/h	63	200/19	192×104×128	590		オプションISE仕様
ベックマン・コールター	AU 480	1～25	10～250	400テスト/h	63	200/17.5	145×77×121	450		オプションISE仕様
ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス〈P〉	2～35	20～270	800	44	4 K	290×110×115	820	4500	寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス〈D〉	2～20	20～270	2,400	16	4 K	290×110×167	970	6300	寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス〈PP〉	2～35	20～270	1,600	86	6 K	410×110×115	1,240	6000	寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス〈DP〉	2～35	20～270	3,200	60	6 K	410×110×167	1,390	9000	寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス〈PPP〉	2～35	20～270	2,400	86	8 K	530×110×115	1,660	9400	寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 6000〈501〉	1.5～35	5～180	600	63	4.6 K	188×103×130	460	3,900	寸法・重量は本体のみ

5. ドライケミストリー・システム（Dry Chemistry System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体/h	種類	V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケムDコンセプト™D-02 SD-4810	生化学：6 電解質：22	3(15項目同時測定時)	生化学22, 電解質	最大300	40.8×33.0×13.2	10		
アークレイ	スポットケムDコンセプト™D-03 SD-4820	6	3(15項目同時測定時)	生化学22	最大300	40.8×33.0×16.0	11		小型遠心分離機を内蔵
アークレイ	スポットケム™EZ SP-4430	4～6	63	生化学22	80～100	33.8×20.3×16.7	5.4		小型遠心分離機を内蔵
アークレイ	ポケットケム™BA PA-4140	20	200秒/検体	血中アンモニア	単三電池×2	12.5×8.7×3.1	0.23		

オーソ・クリニカル ダイアグノスティックス	ビトロス 350	5～11	250	48	100/12	115×71×120	272	2,250	
オーソ・クリニカル ダイアグノスティックス	ビトロス 5.1 FS	5～11	750～845	66	200/20	234×84×133	640	3,900	
オーソ・クリニカル ダイアグノスティックス	ビトロス 5600	5～11	750～1,034	100	200/20	279.4×91.4×182.7	1,000	7,600	
セントラル科学貿易	Piccolo xpress ピッコロ エクスプレ	100		28	100/2	15.3×32.4×20.3	5.1	250	専用ローター使用
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 800	50	1min/検体	3	100/2	19×28×10.9	2.5	95	電解質専用
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 100 タイプ N	10	2min/検体	1	100/0.2	19×28×11	2	37	アンモニア専用
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 7000 シリーズ	比色 10 電解質 50	比色電解質混合で 190 テスト/h	30	100/3	54×42×45	40	420～490	7000・i 2 タイプ
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 7000「Z」シリーズ	比色 10 電解質 50	比色電解質混合で 190 テスト/h	30	100/3	54×42×45	40	420～490	7000「Z」・7000 i「Z」2 タイプ
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 4000 シリーズ	比色 10 電解質 50	比色・電解質混合で 77 テスト/h	30	100/2	41.5×39×29(i,s) 41.5×47×29(4000)	22	270～340	4000・i・s 3 タイプ
和光純薬工業	富士ドライケム 800	50	1 テスト/分	3	100/0.2	19×26.5×11	2.5	95	電解質専用
和光純薬工業	富士ドライケム 100 タイプ N	10	30 テスト/h	1	100/0.2	19×28×12	2.0	37	アンモニア専用
和光純薬工業	富士ドライケム 4000 シリーズ	比色 6～10 電解質 50	77 テスト/h	30	100/2	41.5×39×29 (PF 付きは D=47)	23	340～270	4000・i・s 3 タイプ
和光純薬工業	富士ドライケム 7000 シリーズ	比色 6～10 電解質 50	190 テスト/h	30	100/3	54×42×45	40	490～420	7000・i・s 3 タイプ

6. 血液ガス分析装置（Instrument for Blood Gas Measurement）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™SG SG-1220	70	40	電極法	8	200	20×23×33	7.2		
アイ・エル・ジャパン	GEM プレミア 3000	135～150	20		9	100/1	30.5×30.7×43.2	13.4	380	一体型カートリッジ
アイ・エル・ジャパン	GEM プレミア 3500	135～150	20		9	100/1.5	30.0×30.0×44.5	14.2		一体型カートリッジ
アイ・エル・ジャパン	GEM プレミア 4000	65～150	20		15	100/3	30.5×38.1×45.5	20.0	900	一体型カートリッジ
シーメンス HCD	ラピッドラボ 1265	95～200	1 検体 約 60 秒以内	電極法，吸光度測定法	15	150	52×54×58	29.5	1,550	カートリッジ式試薬，省メンテナンス電極，バイオセーフサンプリング，タッチパネル
シーメンス HCD	ラピッドラボ 1260	95～150	1 検体 約 60 秒以内	電極法，吸光度測定法	10	400	52×54×58	29.5	1,350	カートリッジ式試薬，省メンテナンス電極，バイオセーフサンプリング，タッチパネル
シーメンス HCD	ラピッドラボ 1245	35～150	1 検体 約 60 秒以内	電極法，吸光度測定法	9	400	52×54×58	29.5	1,150	カートリッジ式試薬，省メンテナンス電極，バイオセーフサンプリング，タッチパネル
シーメンス HCD	ラピッドラボ 1240	35～100	1 検体 約 60 秒以内	電極法，吸光度測定法	4	400	52×54×58	29.5	950	カートリッジ式試薬，省メンテナンス電極，バイオセーフサンプリング，タッチパネル
シーメンス HCD	Rapidpoint 400	100～200	1 検体 約 60 秒以内	電極法，吸光度測定法	9	150	55×30×42	15.5	600	電極，試薬一体型カートリッジ
シーメンス HCD	Rapidpoint 405	100～200	1 検体 約 60 秒以内	電極法，吸光度測定法	14	150	55×30×42	15.5	800	電極，試薬一体型カートリッジ CO オキシメーター付
シーメンス HCD	ラピッドラボ 348	40～95	1 検体 約 45～90 秒	電極法，吸光度測定法	7	80	38×38×37	13	700	ポンペ内蔵，透析液測定モード付
シーメンス HCD	ラピッドラボ 248	60～85	1 検体 約45～120秒	電極法，吸光度測定法	3	80	38×32×37	9	500	小型，計量，静音設計

シスメックス	OPTI CCA TS	最少 125	120 秒以下	蛍光測定 光吸収,反射率	9	110 以下	36.2×23.0×12.4	5.5		
常光	アーマ 2000	180	60	ディスポカートリッジ	20	充電式バッテリー	24×29×13	2.4		ポータブル型ガス 製造販売業者：平和物産(株)
テクノメディカ	GASTAT-600	100	30	電極法	4	100/1.5	36.6×47.1×48.7	15	300	pH, pCO_2, pO_2, Hct
テクノメディカ	GASTAT-601	100	30	電極法	4	100/1.5	36.6×47.1×48.7	15	400	pH, pCO_2, pO_2, Hct(パソコン内蔵)
テクノメディカ	GASTAT-602 i	100	30	電極法	8	100/1.5	36.6×47.1×48.7	15	600	pH, pCO_2, pO_2, Hct, Na, K, Cl, Ca
テクノメディカ	GASTAT-603 ie	100	30	電極法	10	100/1.5	36.6×47.1×48.7	15	800	pH, pCO_2, pO_2, Hct, Na, K, Cl, Ca, Glc, Lac
テクノメディカ	GASTAT-604 ox	130	20	電極法	13	100/1.5	36.6×47.1×48.7	15	900	pH, pCO_2, pO_2, Na, K, Cl, Ca, tHb, FO_2Hb, FHHb, FCOHb, FMetHb, sO_2
テクノメディカ	GASTAT-1810	120(シリンジ測定時) 60(キャピラリ測定時) 30(微量モード)	30	電極法	4	100/1.5	33×42×57	18.5	500	pH, pCO_2, pO_2, ctHb
テクノメディカ	GASTAT-1820	120(シリンジ測定時) 60(キャピラリ測定時) 30(微量モード)	30	電極法	8	100/1.5	33×42×57	18.5	700	pH, pCO_2, pO_2, cNa, cK, cCl, cCa^2, ctHb
テクノメディカ	GASTAT-1830	120(シリンジ測定時) 60(キャピラリ測定時) 30(微量モード)	30	電極法	10	100/1.5	33×42×57	18.5	900	pH, pCO_2, pO_2, cNa, cK, cCl, cCa^2, cGlucose, cLactate, ctHb
テクノメディカ	GASTAT-navi	200	21	センサーカード式	7	100/1	25×12×9.6	1.4 以下	150	pH, pCO_2, pO_2, cNa, cK, cCa^2, Hct
ノバ・バイオメディカル	SP-CCX	60～210	23～38	電極法	19	400	56.7×43.7×43.8	27.3	1,380	イオン化マグネシウム測定が出来る
ノバ・バイオメディカル	SP-pHOx+M	50～110	50	電極法	11	200	38×38×30	8.2	680	イオン化マグネシウム測定が出来る
扶桑薬品工業	アイ・スタット 1	65～95	20		12	9Vリチウム電池専用充電地	7.7×23.5×7.2	0.635～0.650	180	専用カートリッジ使用 により 1～8 項目同時測定
フィンガルリンク	EPOC システム	100	1 検体 30 秒	スマートカード	14	50	Reader：22×9×5, Host：13×8×2	Reader：0.5 Host 0.2	192	テストカードは室温保存
ラジオメーター	ABL 800 FLEX システム	35～195	21	電極法	18	250	70×53×55	33.9		
ラジオメーター	ABL 5	35～85	30	電極法	3	60	34×20×39	8.6		
ラジオメーター	ABL 80 FLEX システム	105		電極法	15	130	22×28×40	8.5		
ロシュ・ ダイアグノスティックス	血液ガス，電解質分析装置 コバス b 121	68	30	電極式	10		35.4×41×46.7	約 17		
ロシュ・ ダイアグノスティックス	血液ガス，電解質分析装置 コバス b 221	112～210	27～31	電極式	11		51.2×58.7×54.9	約 48		

7. 全自動電気泳動装置（Full-Automatic Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
常光	CTE-880	25	65	セレカー VSP シーメル J	100/5	92×77×150	250		80,000 検体メモリ
常光	CTE-2800	25	100	セレカー VSP シーメル J	100/5	92×77×150	250		80,000 検体メモリ
常光	CTE-9800	25	266	セレカー VSP シーメル J	100/5	117×86.7×150	280		80,000 検体メモリ
フィンガルリンク	Capillarys 2	20～40	80(SP), 10(IT)	キャピラリー 電気泳動法	300	95×63×39	50	1,050	8 Ch TTFR：12 分 項目：SP, IT (IFE), Hgb, CDT
フィンガルリンク	minicap	20～40	20(SP), 2 (IT)	キャピラリー 電気泳動法	300	43×57×41	30	485	2 Ch TTFR：11 分 項目：SP, IT (IFE), Hgb, CDT

フィンガルリンク	Capillarys 2 FLEX PIERCING	20～40	80(SP), 8(IT), 34(Hgb)	キャピラリー電気泳動法	300	95×63×39	50	1,380	8 Ch TTFR：12分 項目：SP, IT (IFE), Hgb, CDT
ヘレナ研究所	エパライザ2プラス	30	30～80	クィックジェル	100/6	80×65.5×55.5	70		アイソザイム，脂質，蛋白分画が全自動，バッファー用意不要
ヘレナ研究所	SPIFE 3000	15	6	SPIFE用ジェル	100/15	85×58×30	35		IFE(免疫固定法)専用機器

8. 電気泳動装置（Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体/h		V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
常光	電子冷却 ECP-10			寒天 アガロース	100/2	31×41×20	15	35	
フィンガルリンク	Hydrasys 2 Scan			アガロース膜 電気泳動	300/1000	76×48×21	35	380	蛋白分画(血清・尿),免疫固定法(IFE),各種アイソザイム,脂質,CSFなど多用途電気泳動装置
フィンガルリンク	Hydrasys 2 ScanFocusing			アガロース膜電気泳動 (等電点電気泳動対応)	300/1000	76×48×21	35	430	上記に加えて，等電点測定項目 CSFIFE，A1AT，A1ATIFEなど

9. デンシトメータ装置（Densitometer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	OD測定範囲	記録方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体/h	数値	感熱他	V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ヘレナ研究所	クィックスキャン			0～2.1	PC経由印刷	100/2	52×55×18	15		可視光（透過・反射）測定用デンシトメーター

10. 高速液体クロマトグラフィー装置（Instrument for High Performance Liquid Chromatography）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体/h	V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	アダムス™A_{1c} HA-8180	14	48秒/検体	300	53×53×53	42		
アークレイ	アダムス™ハイブリッド AH-8280	60	80秒/検体	300	53×53×53	44		グルコースを同時に測定
栄研化学	HLC-723G 9	3	80	180	53×52×48	34.5	610	東ソー社製
東ソー	自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G9	3	80	180	53×52×48(90 SL時)	34(90 SL時)		
東ソー	全自動カテコールアミン分析計 HLC-725CA II		3	500	68×60×78*	90*		*分析部のみ
日本ケミファ	HLC-723G9	3	80	180	53×51.5×48.2(90 SL時)	34.5(90 SL時)		東ソー社製
日本電子	JLC-500 Amino Tac	1～200	加水：18分 生体：60分	1.2 K	95×75×90	250	1,800	アミノ酸自動分析機
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	Variant II Turbo システム	5	37	330	62×60×46(VSS) 28×41×53(VCS)	96.0		VSS：サンプリングステーション VCS：クロマトグラムステーション

11. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	オートチューブ丸底	オートチューブ丸底は，自動化学会推奨サイズ(13φ75mm)の試験管で，バーコードを貼りやすい設計になっております．					
アジア器材	オートチューブ・スピッツ	オートチューブ・スピッツは，丸底タイプと同様の仕様で，少量検体にも対応出来るようにスピッツタイプになっております．					
アロカ	ルミネッセンスリーダ AccuFLEX Lumi400	生物化学発光測定装置(活性酸素，ATP，白血球貪食能・抗酸化能などの測定)	約100	本体約26×36×25 分注ユニット約16×20×20	約10 約4.3	168	
東京貿易機械	ダイヤフラムポンプ TSDP-5,10,20	気液混合流体の吸引に最適	100/0.5	16×15×12	3		特注可能
東京貿易機械	プランジャーポンプ TSMP-50～1000	小型・軽量，高精度・高確度，高耐久性	24/0.2	3×6×12	0.5以下		特注可能

核医学(RIA)機器
免疫血清検査機器

12. ラジオイムノアッセイ装置（Instrument for Radio Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アロカ	オートウェルガンマシステム AccuFLEXγ 7000 シリーズ					7001：350 7010：450	7001 約99×98×142 7010 約133×98×142	7001：約550 7010：約480	1,100~1,300	
セントラル科学貿易	オートマチックガンマーカウンター 4/200	RIA 各種				約200	60×56×52	114	500～	
セントラル科学貿易	オートマチックガンマーカウンター 10/600	RIA 各種				約300	102×60×80	140	780～	10本検出器

13. 酵素免疫測定装置（Instrument for Enzyme Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™パイダス SV-5020	43	項目により異なる	最大36	プレパック方式	180	57.5×55.0×45.0	40		
栄研化学	AIA-2000	41	10～125	200	パック	700	150×90.7×126	400	2,480	東ソー社製
栄研化学	AIA-900	41	10～125	90	パック	300	89×66.5×64	122.5	900	東ソー社製
栄研化学	AIA-360	38	10～100	36	パック	250	40×40×52	29	360	東ソー社製
協和メデックス	AP-960	EIAプレート搭載項目	10～200	項目で変動	10～200	100/15	92×76×65	150	1,600	
協和メデックス	AP-96	EIAプレート搭載項目	10～200	項目で変動	10～200	100/6	59×63×52	80	1,200	
協和メデックス	AP-X	EIAプレート搭載項目	10～200	マイクロプレート6枚	10～200	100/15	130×80×148	360	2,200	
シーメンス HCD	ベーリング ELISA プロセッサーIII	MTP 10プレート搭載可能	項目による	項目による	項目による	分析部450	115×58×60	136	1,980	最大10プレート測定
シスメックス・ビオメリュー	パイダス		項目により異なる	最大90	プレパック方式	100/10	105×53×44	65	1,500	日常のメンテナンス不要
シスメックス・ビオメリュー	ミニパイダス		項目により異なる	最大36	プレパック方式	100/1.5	55×57.5×45	40	480	日常のメンテナンス不要
東ソー	自動エンザイムイムノアッセイ装置 AIA-360	39	10～100	36	パック	250	40×40×52	29		
東ソー	自動エンザイムイムノアッセイ装置 AIA-900	46	10～100	90	パック	300	89×67×64	123		
東ソー	全自動エンザイムイムノアッセイ装置 AIA-2000ST	42	10～100	200	パック	700	150×91×126	400		
東ソー	全自動エンザイムイムノアッセイ装置 AIA-2000LA	42	10～100	200	パック	700	150×120×126	400		
日水製薬	AIA-600 II	44	10～100	60		200	81×74×51	70	980	
日水製薬	AIA-2000 ST	44	10～125	200		700	150×91×126	400	2,480	
日水製薬	AIA-2000 LA	44	10～125	200		700	150×120×126	400	2,680	
日水製薬	AIA-360	44	10～125	36		250	40×40×52	29	360	
日水製薬	AIA-900	44	10～125	90		300	89×67×64	123	900	

日本ケミファ	アレルギー特異IgE測定装置 DiaPack 2000	53	10～50	30テスト/25分	260～310	500	75×63.5×51	100		
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	全自動マイクロプレート EIA 分析装置 Evolis		項目による	項目による	項目による	500	113×76×95	95	1.5	検体分注から測光まで全工程を自動化
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	全自動マイクロプレート EIA 装置 PhD システム		項目による	項目による	項目による	200	71×56×71	35	900	検体1μLから分注
ファディア	ユニキャップ250	非特異IgE 特異IgE (自己抗体)	40(90)	60(60)		max 1.2 K	127×75×165	350	1,500	アレルギー検査，自己抗体検査，併用可能
ファディア	ユニキャップ100	非特異IgE 特異IgE (自己抗体)	40(9 or 20)	48 T/約2.5 (48 T/約2.5)		550	68×60×44	46	230	アレルギー検査，自己抗体検査，併用可能

14. 蛍光免疫測定装置（Instrument for Fluorescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体/h	μL	V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	IMX アナライザー	25	150	15～40分		700	70×63×36	43		
アボット ジャパン	AxSYM アナライザー	36以上	83～275	80～120		1.8K	160×85×155	275		
医学生物学研究所	ELISA/IF 全自動分析装置 Quad-MACS	10(ELISA), 4(IFA)	3～1000	マイクロプレート5枚，スライドグラス25枚	3～1000	100/12	137.5×78×87	130	2,350	ELISA法とIF法の全自動アッセイが1台で可能。
医学生物学研究所	全自動EIA装置/IF染色兼用装置 DAS システム AP 22 Speedy IF	8(ELISA), 4(IFA)	8～1000	マイクロプレート2枚，スライドグラス16枚	8～1000		79×61×65	72	1,200	ELISA法とIF法の全自動アッセイが1台で可能。
医学生物学研究所	全自動化学発光免疫測定装置 CL-JACK RK	2		160		500	83×68×54	100	1,980	全自動化学発光免疫測定装置
シーメンス HCD	ストラタス CS	4	70～90	3		400	69×56×46	64	700	心筋障害マーカー測定専用機
シスメックス	HISCL-2000 *i*	22	10～30	180		2K以下	110.0×100.5×135.5	353		ネットワーク対応
日水製薬	エバネット EV20	14	8～150	18		200	52×47×26	28	350	
フクダ電子	移動式免疫蛍光分析装置 シオノスポットリーダー	BNP	70	4			27×25×15	約2.1	98	全血にて測定
和光純薬工業	全自動蛍光免疫測定装置 ミュータスワコー *i*30	AFP-L3%, AFP, PIVKA II (MAX 6項目)		25		100/4	52.0×59.5×54.6	71	800	マイクロチップを用いたLBA-EATA法(新規測定システム)迅速・微量・高感度測定

15. ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（Instrument for Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体/h	μL	V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン・コールター	IMMAGE 800	36	3～8	180	21	690	110.5×64.8×76.2	123		

16. ラテックス凝集反応測定装置（Instrument for Latex Agglutination）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケムDコンセプト™D-01 SD-3810	CRP, RF, 尿中Alb・Cre(A/C)	50	約6(1検体測定時)	プレパック方式	最大300	40.8×33.0×13.2	8		
アークレイ	スポットケム™IM SI-3511	CRP, ASO, CysC	50	4～6(1検体測定時)	プレパック方式	100	33.0×22.4×18.5	6		
シスメックス	PAMIA-40i	18	10	70テスト/h		480以下	76.5×56.6×58.2	68		
日本光電工業	CRP-3100	CRP	5	12	1 cell	70	13.5×29.0×38.3	7.5	140	全血全自動型0.2～33 mg/dL (全血/HCT 40 %時)
三菱化学メディエンス	LPIA-NV7	47	2～35	200	20～250	1K	本体：71×72×50 Uボックス：23×45×38	150		
三菱化学メディエンス	STACIA	41		270		3K	161×100×150	670		

17. レーザーネフェロメータ（LN）（Instrument for Laser Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	テスト／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
シーメンス HCD	ベーリングネフェロメータII	血漿蛋白	10～100	225	40	450	124×63×72	160	2,500	
シーメンス HCD	BN プロスペック	血漿蛋白	10～100	70	40	450	107×63×60	115	950	

18. 免疫比濁測定装置（Instrument for Turbidimetric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	テスト／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
三菱化学メディエンス	LPIA-NV7	47	2～35	200	20～250	1K	本体：71×72×50 Uボックス：23×45×38	150		

19. 発光免疫測定装置（Instrument for Luminescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	ARCHITECT *i*2000	40以上	4～150	最大200		4.7K(最大)	173×112×122	522	2,980	
アボット ジャパン	ARCHITECT *i*2000SR	40以上	4～150	最大200		3.0K(最大)	155×125×122	490	3,500	
アボット ジャパン	ARCHITECT *i*1000SR	40以上	4～150	最大100		2.0K(最大)	150×77×125	288	2,350	
オーソ・クリニカル ダイアグノスティックス	ビトロス ECiQ	34	10～80	90テスト/h		200/6 100/12	112×74×130	366	2,145	
オーソ・クリニカル ダイアグノスティックス	ビトロス 3600	34	10～80	189テスト/h		200/20	212.0×88.7× 173.8	720	3,600	

カイノス	MM-300形ルミノメーター (MM-300)	33	200 or 750	640	1,300	80	32×33×21	14	166.5	マストイムノシステムズII-S 専用測定装置
	HISCL-2000i	12	10～30	180		2000	110.0×100.5×135.5	353	2,100	
協和メデックス	ADVIA Centaur XP	30	10～200	240	50～450	2 K	184×105×134	545	3,500	
協和メデックス	ADVIA Centaur CP	25	10～200	180	50～450		107×74×81	166	2,000	
協和メデックス	AP-96 C	最大3項目 (条件あり)	10～200	96穴マイクロプレート1枚	10～200	100/6	63×74×52	90	1,200	
協和メデックス	CL-JACK RK	最大6項目	5～50	160	項目で変動	500	119×67×118	155	2,200	
シーメンス HCD	ケミルミ ADVIA Centaur XP	30	10～200	240	50～450	220-240 VAC (±10 %)	184×104×131	559	3,500	
シーメンス HCD	ケミルミ ADVIA Centaur CP	15	10～200	180	50～450	100-240 VAC (±10 %)	107×74×81	170	2,000	
シーメンス HCD	イムライズ 2000	最大24	5～100	200	項目により異なる	200/6	152×76×119	403.7	2,500	
シーメンス HCD	スフィアライト 180	30	10～90	180テスト/h		100/15	125×75×69	230	1,600	
シーメンス HCD	イムライト 2000 XPi	最大24	5～100	200	項目により異なる	200/6	160×91.5×183	436	2,500	
東洋紡績	POCube	4	5	項目により異なる	カートリッジ単位	120	28×31×27.5	12		
フクダ電子	免疫発光測定装置 パスファースト	BNP, ミオグロビン トロポニンI, CK-MB, D-ダイマー, HCG	100	最大36		360	37.5×57×51	約33	390	
富士レビオ	ルミパルス f (フォルテ)	47	10～140	120	項目により異なる	2.0K	125×80×150	400	1,950	
富士レビオ	ルミパルス Presto II	41	10～100	240	項目により異なる	3.5K	150×82×137	650	2,980	
富士レビオ	ルミパルス S	45	10～140	60	項目により異なる	330	95×70×60	約80	980	
富士レビオ	ルミパルス G 1200	44	10～140	120	項目により異なる	1.7K	120×80×145	330	2,050	
ベックマン・コールター	Access 2	46		100		100	99×61×47	91		
ベックマン・コールター	ユニセル Dxl 800	46		400		200	172×96×170	521.6		
ベックマン・コールター	ユニセル Dxl 600	46		200		200	156×96×170	484		
三菱化学メディエンス	イムライズ 1000	最大12	5～100	120	項目により異なる	100/6	114×63×47	113	880	
三菱化学メディエンス	イムライズ 2000	最大24	5～100	200	項目により異なる	200/6	152×76×119	403.7	2,500	
三菱化学メディエンス	イムライト 2000 XPi	最大24	5～100	200	項目により異なる	200/6	160×91.5×183	436	2,500	
三菱化学メディエンス	ADVIA Centaur XP	30	10～200	240	50～450	2 K	184×105×134	545	3,500	360度ステータスライト，ディスポチップ
三菱化学メディエンス	ADVIA Centaur CP	25	10～200	180	50～450	880	107×74×81	166	2,000	180検体/時の処理能力，省スペーススペンチトップ型
三菱化学メディエンス	パスファースト	最大6	80～100	6テスト/バッチ(17分)	カートリッジ単位	360	37.5×57×51	33	390	
三菱化学メディエンス	STACIA	最大30		270		3 K	161×100×150	670		
和光純薬工業	SphereLight Wako	30	10～100	180テスト/h		100/15	101×75×135	450	1600	アロカ(株) 製造販売元

20. 蛍光偏光装置 (Instrument for Polarized Fluorecence)

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	分／検体	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	TDXFLX アナライザー	27	50～500	15～22		660	70×60×35	49		

21. その他 (Miscellaneous)

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	分／検体	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™IL SL-4720	インフルエンザウィルス A/B CRP StrepA IgE		5.10.15.20分 (項目による)			22.5×21.7×8.3	3		イムノクロマト試薬を差し込むだけの簡単操作で測定可能。
バイオテック	ELISA 用連続分注・洗浄装置 ALCS-2000	本装置はEIA試薬のコーティングにおける,抗原・抗体の分注やブロッキング液の分注が可能で広範囲にわたりコストや労力のかかる作業を全自動で処理する。				110	225×92×54	100		
浜松ホトニクス	イムノクロマトリーダ C 10066	金コロイド発色イムノクロマト試験片の発色強度を短時間に高感度で定量測定が可能です。				12	21.5×23.5×9.2	1.6		
ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス〈E〉	モジュールアッセンブリ方式・電気化学連続発光法	10～50	170	R1/R2:50～80 磁性粒子:30～50	4 k	290×111×115	820	3,950	寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス〈EE〉	モジュールアッセンブリ方式・電気化学連続発光法	10～50	340	R1/R2:50～80 磁性粒子:30～50	6 k	410×111×115	1,240	5,800	寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス〈PE〉	モジュールアッセンブリ方式・電気化学連続発光法				6 k	410×111×115	1,240	6,900	寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス〈EEE〉	モジュールアッセンブリ方式・電気化学連続発光法	10～50	510	R1/R2:50～80 磁性粒子:30～50	8 k	530×111×115	1,660	7,650	寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス〈PPE〉	モジュールアッセンブリ方式・電気化学連続発光法				8 k	530×111×115	1,660		寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス〈EEEE〉	モジュールアッセンブリ方式・電気化学連続発光法	10～50	680	R1/R2:50～80 磁性粒子:30～50	10 k	650×111×115	2,080		寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 6000〈601〉	モジュールアッセンブリ方式・電気化学連続発光法	10～50	170	R1/R2:50～80 磁性粒子:30～50	4.6 K	216×103×115	625	3,700	寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 6000〈501 | 601〉	モジュールアッセンブリ方式・電気化学連続発光法				4.6 K	308×103×130	935	5,700	寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 6000〈501²〉	モジュールアッセンブリ方式・電気化学連続発光法	5～180	1200		4.6 K	349×103×130	885	6,300	寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 6000〈501² | 601〉	モジュールアッセンブリ方式・電気化学連続発光法				4.6 K	469×103×130	1360	8,100	寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 411 ラックシステム	電気化学連続発光法, 卓上型	10～50	86	R1/R2:50～80 磁性粒子:30～50	1.25 K	170×95×80	250	2,200	寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 411 ディスクシステム	電気化学連続発光法, 卓上型	10～50	86	R1/R2:50～80 磁性粒子:30～50	1.0 K	120×730×80	180	1,800	寸法・重量は本体のみ

血液検査機器

22. 多項目血球計数装置（Blood Cell Counter for Multiple Item）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μL	処理能力 検体／h	測定法	測定項目 種類	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	スポットケム™CL SB-1420	30	60	電気抵抗法	18	190	31.5×37.0×47.5	21		微量血モードあり
アークレイ	スポットケム™CL SB-1430	55		電気抵抗法	22	250	38.2×48.5×52.0	38		微量血モードあり
アボットジャパン	セルダインサファイア	117	106	レーザー多角度偏光散乱分離法	32	900	121×81.3×76.2	170.1		CD61，CD3/4/8 測定可
アボットジャパン	セルダイン 3700	20～355	60～90	レーザー多角度偏光散乱分離法	25	1.55K(最大)	76×79×68	131		網赤血球測定可
アボットジャパン	セルダイン 3200	20～250	60～70	レーザー多角度偏光散乱分離法	24	800(最大)	48×83×74	105.5		網赤血球測定可
アボットジャパン	セルダイン 1800	30	60	電気抵抗法	18	900(最大)	66×53×45	55	600	10,000 検体分の検体記憶容量
アボットジャパン	セルダインルビー	150～230	68～76	レーザー多角度偏光散乱分離法	24	600	86.4×76.8×49.9	105.2	2,200	血小板のレーザー測定
エイアンドティー	MYTHIC 18（J）	9.8	60	電気抵抗法	18	50 以下	25×34×35	9		1,500 検体メモリー可能 (USB で追加可能)
エイアンドティー	MYTHIC 22 OT（J）	16.7	45	電気抵抗法	22	150 以下	25×34×35	11		1,500 検体メモリー可能 (USB で追加可能)
エイアンドティー	MYTHIC 22 CT（J）	18.2	45	電気抵抗法	22	150 以下	25×34×35	13		1,500 検体メモリー可能 (USB で追加可能)
シーメンス HCD	アドヴィア 2120	175	120	光学法	75	100/15	141×68×86	193	3,700	CSF（脳脊髄液測定）モード 標準搭載
シーメンス HCD	アドヴィア 2120 i	175	120	光学法	75	100/15	141×68×86	193	3,800	CSF（脳脊髄液測定）モード 体液モード搭載
シーメンス HCD	アドヴィア 120	175	120	光学法	75	100/15	141×68×86	193	3,500	CSF（脳脊髄液測定）モードは オプション
シスメックス	XT-4000i	CP サンプラモード:150，マニュアルモード:150，マニュアルモード:85，キャピラリーモード:85（全血 40μL を希釈）	100	シースフロー DC 検出法，SLS ヘモグロビン法，フローサイトメトリ法	30	250 以下	53.0×50.0×63.0	52		ネットワーク対応
シスメックス	XT-2000i	サンプラモード:150，クロズドモード:150，マニュアルモード:85，キャピラリーモード:85（全血 40 μL を希釈）	80	シースフロー DC 検出法，SLS ヘモグロビン法，フローサイトメトリ法	30	250 以下	53.0×50.0×63.0	52		ネットワーク対応
シスメックス	XT-1800i	サンプラモード:150，クロズドモード:150，マニュアルモード:85，キャピラリーモード:85（全血 40 μL を希釈）	80	シースフロー DC 検出法，SLS ヘモグロビン法，フローサイトメトリ法	24	250 以下	53.0×50.0×63.0	52		ネットワーク対応
シスメックス	XE-5000	サンプラモード:200，マニュアルクローズドモード:200，マニュアルオープンモード:30，キャピラリモード:40（希釈による）	113～150	RF/DC 検出法，シースフロー DC 検出法，SLS ヘモグロビン法，フローサイトメトリ法	32	800 以下	70.6×53.5×71.1	81		ネットワーク対応
シスメックス	XE-2100	マニュアルモード：130，CP サンプラモード：200，キャピラリーモード：40	113～150	RF/DC 検出法，シースフロー DC 検出法，SLS ヘモグロビン法，フローサイトメトリ法	32	800 以下	70.6×53.5×71.1	81		ネットワーク対応
シスメックス	K-4500	サンプラモード：200，マニュアルモード：100，キャピクリーモード：40	80	DC 検出法，SLS ヘモグロビン法	18	300 以下	58.0×35.1×60.0	50		
シスメックス	KX-21	全血モード：50，希釈モード：20	60	DC 検出法，ノンシアン HGB 測定法	18	230 以下	42.0×35.5×48.0	28		
シスメックス	KX-21N	全血モード：50，希釈モード：20	60	DC 検出法，ノンシアン HGB 測定法	19	230 以下	42.0×35.5×48.0	30		ネットワーク対応 チケットプリンタとの接続可能
シスメックス	KX-21NV（動物用）	全血モード：50，希釈モード：20	60	DC 検出法，ノンシアン HGB 測定法	8	230 以下	42.0×35.5×48.0	30		
シスメックス	POCH-100 i	全血モード：15，希釈モード：20	125 秒/検体	DC 検出法，ノンシアン HGB 測定法	19	150 以下	18.5×46.0×35.0	14		
シスメックス	POCH-100 iv(動物用)	全血モード：15	125 秒/検体	DC 検出法，ノンシアン HGB 測定法	8	150 以下	18.5×46.0×35.0	14		
シスメックス	XS シリーズ	マニュアルモード：20，キャピラリモード：20，サンプラモード：20	60	フローサイトメトリー法	24	210 以下	32.0×41.3×40.3	24		
日本光電工業	セルタック F MEK-8222	55	80	電気抵抗法 レーザー散乱	22	360	61.3×55.0×58.3	55	780	無染色での 5 分類解析 低ランニングコスト
日本光電工業	セルタック E MEK-7222	55	51	電気抵抗法 レーザー散乱	22	250	38.2×48.5×52	38	515	記録器内蔵・簡単操作

日本光電工業	セルタックα MEK-6400	30	60または90（算定方法により異なる）	電気抵抗法	18	120	23.0×45.0×38.3	18	385	簡単操作・コンパクト 6種類の測定モード
日本光電工業	セルタックα MEK-6420	30	60	電気抵抗法	18	120	23.0×45.0×38.3	18	308	簡単操作・コンパクト
フクダ電子	自動血球計数装置 LC-660	10	60	電気抵抗法 比色法	18	150	26.2×45×43	17	420	
フクダ電子	自動血球計数装置 LC-661	10	50	電気抵抗法 比色法	18	75	26.2×45×43	20	460	
ベックマン・コールター	LH 785	550	105	アキュカウントテクノロジー VCSフローサイトテクノロジー	35	2,080	本体 102×61×89 スライドメーカー 75(W)×52 スライドステイナー 90×76×52	93 41 36		
ベックマン・コールター	LH 780	300	110	アキュカウントテクノロジー VCSフローサイトテクノロジー	35	1,220	102×61×89	93		
ベックマン・コールター	LH 755	550	105	アキュカウントテクノロジー VCSフローサイトテクノロジー	29	2,080	本体 102×61×89 スライドメーカー 75(W)×52 スライドステイナー 90×76×52	93 41 36		
ベックマン・コールター	LH 750	300	110	アキュカウントテクノロジー VCSフローサイトテクノロジー	29	1,220	102×61×89	93		
ベックマン・コールター	HmX	185	75	電気抵抗法 VCSテクノロジー	24	1,440	62×62×85	95		
ベックマン・コールター	ユニセル DxH 800	165	100	VCSテクノロジー	30	2,400	76×79×97	118		
堀場製作所	Microsemi LC-660	10	60	電気抵抗法 吸光度測定	18	150	26.2×45.0×43.0	17		白血球3分類測定
堀場製作所	Microsemi LC-661	10	約51	電気抵抗法＋吸光度測定	18	75	26×45×43	20		白血球3分類 キャップピアス式
堀場製作所	Microsemi LC-667 CRP	CBC 10 CBC＋CRP 18	CBC約55 CBC+CRP 15	電気抵抗法＋吸光度測定 CRP：ラテックス免疫比濁	19	85	26×45×43	19		白血球3分類。CRP同時測定可
堀場製作所	Pentra 60 LC-5000	5DIFF モード53 CBC モード130	60	電気抵抗法＋吸光度測定	26	240以下	44.4×48.1×51.6	35		白血球5分類測定
堀場製作所	Pentra XL 80	5DIFF モード 53 CBC モード30	80	電気抵抗法＋光透過度法	26	230以下	82.0×57.0×54.0	55		高濃度検体は自動希釈して測定

23. 血液凝固測定装置（Blood Coagulation Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エイアンドティー	CG02	25		粘稠&散乱光方式	PT, APTT, Fib, TB, HPT	DC 24/1.8	23.5×24.1×10.6	3	95	
エイアンドティー	CG101	6～33	100	散乱光度法	PT, APTT, Fib, TB, HPT					
エル・エム・エス	KC 1 デルタ	全量法		磁気センサー法	PT, APTT, Fib, 因子他	40	14×21×8	1.2		
エル・エム・エス	KC 4 デルタ	半量法		磁気センサー法	PT, APTT, Fib, 因子他	150	35×45×12	6.5		
協和メデックス	COAGTRON-180	5～	180	凝固時間法・ラテックス凝集法・合成基質法	PT・APTT・FB・FDP・Dダイマー・AT-Ⅲ・PLG・α2-PI	250	84×68×71	65	850	
協和メデックス	COAGTRON-350	5～	350	凝固時間法・ラテックス凝集法・合成基質法	PT・APTT・FB・FDP・Dダイマー・AT-Ⅲ・PLG・α2-PI	350	155×75×68	110	1,650	
シスメックス	CS-2100i	PT, APTT：50 Fbg, HpT：10 TTO, XIII：20 外因系凝固因子：5 内因系凝固因子：10	PT：180	凝固法, 合成基質法, 免疫比濁法, 凝集法	PT, APTT, Fbg, 外因系凝固因子, 内因系凝固因子, AT-Ⅲ, HpT, TTO, XIII, FDP, Dダイマー, PIC	800以下	77.5×86.5×67.5	100		
シスメックス	CS-2000i	PT, APTT：50 Fbg, HpT：10 TTO, XIII：20 外因系凝固因子：5 内因系凝固因子：10	PT：180	凝固法, 合成基質法, 免疫比濁法, 凝集法	PT, APTT, Fbg, 外因系凝固因子, 内因系凝固因子, AT-Ⅲ, HpT, TTO, XIII, FDP, Dダイマー, PIC	1,340	77.5×86.5×67.5	100		
シスメックス	CA-8000	PT, APTT：50 Fbg, HpT：10 TTO：20 外因系凝固因子：5 AT-Ⅲ：5 PLG：18 FC：15 FDP：16 Dダイマー：36 PIC：36	PT/APTT：500	凝固時間法, 合成基質法, 免疫比濁法	PT, APTT, Fbg, 外因系凝固因子, 内因系凝固因子, AT-Ⅲ, HpT, TTO, XIII, PLG, FC, FDP, Dダイマー, PIC	1,200以下	105.0×76.5×62.0	145		
シスメックス	CA-7000	PT, APTT：50 Fbg, HpT：10 TTO：20 外因系凝固因子：5 AT-Ⅲ：5 PLG：16 FC：10 Dダイマー：28	PT/APTT：500	凝固時間法, 合成基質法, 免疫比濁法	PT, APTT, Fbg, 外因系凝固因子, 内因系凝固因子, AT-Ⅲ, HpT, TTO, XIII, PLG, FC, FDP, Dダイマー	1,200以下	105.0×76.5×62.0	145		

シスメックス	CA-1500	PT,APTT:50 Fbg,HpT:10 TTO:20 外因系凝固因子:5 内因系凝固因子:10 AT-III:10 プラミン:16 PIC:16 FDP:10 Dダイマー:16	120	凝固時間法,合成基質法,免疫比濁法	PT,APTT,Fbg,HpT:10 TTO:20 外因系凝固因子:5 内因系凝固因子:10 AT-III:10 PIC:16 FDP:10 Dダイマー:16	720以下	78.0×50.0×50.0	75		
シスメックス	CA-550	PT,APTT:50 Fbg,HpT:10 TTO:20 AT-III,FDP:10 Dダイマー:16	PT：54	凝固時間法,合成基質法,免疫比濁法	PT,APTT,Fbg,HpT,TTO,AT-III,FDP,PIC,Dダイマー	380以下	54.0×47.0×48.7	45		
シスメックス	CA-530	PT,APTT:50 Fbg,HpT:10 TTO:20 AT-III:10	PT：54	凝固時間法,合成基質法,免疫比濁法	PT,APTT,Fbg,HpT,TTO,AT-III,FDP,PIC,Dダイマー	380以下	54.0×47.0×48.7	45		
シスメックス	CA-510	PT,APTT:50 Fbg,HpT:10 TTO:20	PT：54	凝固時間法,合成基質法,免疫比濁法	PT,APTT,Fbg,TTO,HpT,外因系凝固因子,内因系凝固因子	310以下	54.0×47.0×48.7	45		
シスメックス	CA-50	PT,APTT:50 Fbg,HPT,外因系凝固因子,内因系凝固因子:10 TTO:20 外因系凝固因子:5		光散乱検出方式	PT,APTT,Fbg,TTO,HpT,外因系凝固因子,内因系凝固因子		32.7×30.2×11.3	4.5		
積水メディカル	コアプレスタ2000	2～100	最大400	凝固時間法 合成基質法 ラテックス比濁法	凝固・線溶		67×70×119	170		
日水製薬	エバネットEV 20	8～150	18	蛍光免疫法	FM,FDP,P-FDP,Dダイマー,AT Ⅲ,PIC	200	52×47×26	28	350	
フィンガルリンク	ROTEM-delta	300	4チャンネル	ローテーショントロンボエラストメトリー		350	37×57×57	22	600	包括的止血能評価システム，専用試薬発売開始
フィンガルリンク	ROTEM-Gamma	300	4チャンネル	トロンボエラストメトリー		190	46×40×19.5	16	480	
三菱化学メディエンス	ACL Elite Pro	10～50	350(PT-FIB同時測定)	凝固法・合成基質法・ラテックス法	凝固・線溶	350	92×60×60	63	940	PT-FIB 1試薬同時測定 ランダム測定
三菱化学メディエンス	ACL TOP	10～50	720(PT－FIB同時測定)	凝固法・合成基質法・ラテックス法	凝固・線溶	1K	151×76×73	150	1,880	PT-FIB 1試薬同時測定 ランダム測定
三菱化学メディエンス	ACL TOP 500 CTS	10～50	480(PT－FIB同時測定)	凝固法・合成基質法・ラテックス法	凝固・線溶	1K	110×89×73	140	1,200	PT-FIB 1試薬同時測定 ランダム測定
三菱化学メディエンス	ACL TOP 700 LAS	10～50	440(PT－FIB同時測定)	凝固法・合成基質法・ラテックス法	凝固・線溶	1K	188×87×73	184	2,280	PT-FIB 1試薬同時測定 ランダム測定
三菱化学メディエンス	STACIA	10～50	540(PT－FIB同時測定)	クロット法発色性合成基質法ラテックス凝集法	凝固・線溶	3K	161×100×150	670		PT-FIB 1試薬同時測定 ランダム測定
ロシュ・ダイアグノスティックス	STA-R Evolution	25～200 5 μL 毎可変	最大300	ビスコシティ・ディテクション方式	凝固時間合成基質免疫比濁	230/11	121×82×125	200		寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	STA Compact	25～200 5 μL 毎可変	150	ビスコシティ・ディテクション方式	凝固時間合成基質免疫比濁	100/15	98×66×64	125		寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	CoaguChek XS	全血10	1テスト1操作測定時間1分	電極法	PT-INR	単4形アルカリ電池4本	13.8×7.8×2.8	0.12	18	寸法・重量は本体のみ
ロシュ・ダイアグノスティックス	cobas h 232	150	1テスト1操作測定時間1テスト8～12分	イムノクロマトグラフィ法	Troponin T D-Dimmer	100	10.2×27.5×5.5	0.65	60	寸法・重量は本体のみ
和光純薬工業	COAG 2	25		粘稠&散乱光方式	PT,APTT Fib,TB,HPT	100/1.8	23.5×24.1×10.6	3	95	(株)エイアンドティー製造販売元

24. 血小板凝集測定装置（Instrument for Platelet Aggregation Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイエスケー	WBA Neo ISK-1	200×4		SFP	100/3		20		オプション：データーアナライザー
エル・エム・エス	MCM ヘマトレーサー712	100/200	12	透光度法	180	52×40×22	15		
エル・エム・エス	ヘマトレーサー804	200	4	透光度法	75	31×19×13	3.5		
興和	PA-200C	300	4	散乱光測定法，濁度法	100/2	57×35×16	13		
フィンガルリンク	WBA 591	500(全血)	1	インピーダンス法	55	33×22.8×15	5.9	158	全血測定　簡易タイプ
フィンガルリンク	WBA 592	500(全血)	2	インピーダンス法	120	38×33×15	8.2	258	全血測定　簡易タイプ

フィンガルリンク	490-2 D	500 or 250 (PRP)	2	Born 法	100	33×44×15	11.5	258	PRP 測定
フィンガルリンク	700-2	500(全血) 250(PRP)	2	インピーダンス法/Born 法/ルミネッセンス法	150	36×46×22	18	540	全血/PRP/ATP 放出　測定
フィンガルリンク	Muliplate	300(全血)	5	インピーダンス法	400	47×30×10	8	480	1 セル 2 重測定，センター一体型使い捨てテストセット

25. 赤血球沈降速度測定装置（Instrument for Erythrocyte Sedimentation Rate Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		mL			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エル・エム・エス	ベスマティック EASY	1.0	10	ウェスタグレン変法	18	14×15×22	1.2		
エル・エム・エス	ベスマティック 30	1.0	30	ウェスタグレン変法	65	51×50×35	20		
常光	モニター 100	1.28	100	レート法	100/1	29×44×18	7		バーコードリーダー
常光	モニター 40	1.28	40	レート法	100/1	33×31×20	5		バーコードリーダー
常光	モニター 20	1.28	20	レート法	100/1	29×26×18	4		バーコードリーダー
常光	モニター 12	1.28	12	レート法	100/1	24×26×20	3		
テクノメディカ	ESR-quick 15	1.8	15	CCD カメラ画像処理	100/3	39×43×29	25	160	従来の 2 時間値を 30 分で測定。真空採血管ダイレクト法
テクノメディカ	ESR-6000BP	1.8	60	国際標準法	100/3	53×35×43	25	300	バーコード対応
テクノメディカ	ESR-1000	1.8	10	国際標準法	100/3	32×17×47	11.5	48	
テクノメディカ	Quick eye	1.12	20	CCD カメラ透過法	100/1.5	39×45×28	12	230	1 時間値を 20 分で測定 結果は沈降カーブによるパターン表示
東洋紡績	ベスマティック EASY	1.0	10	ウェスタグレン変法	18	14×15×22	1.2		
東洋紡績	ベスマティック 30	1.0	30	ウェスタグレン変法	65	51×50×35	20		
フィンガルリンク	Roller 20	150 μL	同時測定 18 検体	キャピラリーフォトメトリー法	100	32×56×58	23.2	210	EDTA 血 20 秒測定，LIS 対応
フィンガルリンク	Roller PN	175 μL(自動) 100 μL(マニュアル)	同時測定 20 検体	キャピラリーフォトメトリー法	100	38×33×15	16	240	EDTA 血 20 秒測定，100 μL 微量測定，LIS 対応

26. 血液標本自動作製装置（Auto Preparing Instrument for Blood Sample）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	セルダインエスエムエス	30～200	80～120	1.5K	84×89×71	120		ウェッジ法
シーメンス HCD	ADVIA オートスライド	75	96		91×70×50	60	1,200	
シスメックス	塗抹標本作製装置 SP-1000*i*	200	120	650 以下	86.5×86.0×66.0	100		
シスメックス	自動染色装置 HEG-NST		250	100 以下	44.6×62.0×40.0	33		ライト染色，メイギムザ染色や他の染色が可能，タイマー 0～99 分 59 秒可能，染色槽：3 槽，洗浄槽：1 槽

27. 血液像自動分類装置（Instument for Blood Cell Differentiation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
シスメックス	血液像自動分析装置 HEG-L		80	400	自動顕微鏡部 40.4×71.8×44.0	73		

28. 細胞分類装置（Instrument for Differential Cytology）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン・コールター	Navios	指定なし	120	レーザーフローサイトメトリー	最大10色	25 A/100 V	95×70×61	104	1,900～	最大3レーザー

29. 全自動輸血検査装置（Fully Automated Pre-transfusion Blood Testing System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	オーソ・オートビューInnova	血漿40 3%赤血球浮遊10	48(ABD血液型) 36(不規則抗体スクリーニング)	ABD Screen 等	1.15K	140×75×92	230	2,100	

30. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイエスケー	プラビーズ・カラム	2.5 mL		コラーゲンビーズカラム法		ラージサイズビーズ			血小板粘着能測定用
アイエスケー	プラビーズ・カラム・PAG	2.5 mL		コラーゲンビーズカラム法		スモールサイズビーズ			血小板粘着能測定用
アイエスケー	ISK シリンジポンプ	可変式			100/2	23.8×17×15.6	3.7		プラビーズカラム及びラボ用
味の素	キューブクーラー・CUBE-T 20 型	採血管の急速・冷却及び長時間保冷			—	15×18×17	1.4	3	
シスメックス	骨髄像分類計数装置 LADIC-300	測定項目：血液像12，骨髄像40，ME比記憶検体データ最大6万件，時系列データ表示，顕微鏡目視手入力				30.0×25.0×10.0	7		RS232C 接続可能
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステムカード用遠心機ID-Centrifuge 24S	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型の ID-マイクロタイピングシステム用の遠心機です			100	37×41×17	12	68	
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステムカード用遠心機ID-Centrifuge 6S	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型の ID-マイクロタイピングシステム用の遠心機です			60	27×31×17	6.7	40	
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステムカード用恒温機ID-Incubator 37S I	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型の ID-マイクロタイピングシステム用の遠心機です			200	31×34×19	6	32	
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステムカード用恒温機ID-Incubator 37S II	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型の ID-マイクロタイピングシステム用の遠心機です			200	36×42×21	9	68	
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステム	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型の ID—マイクロタイピングシステム試薬です							
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステム全自動輸血検査装置 IH-1000	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型の ID-マイクロタイピングシステム用の全自動輸血検査装置です			1,350	180×82×170	540		

バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステム カード用リーダー Saxo	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型の ID-マイクロタイピングシステム用の遠心判定装置です			100	53×52×38	25		遠心判定装置
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステム カード用分注機 Swing	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型の ID-マイクロタイピングシステム用の分注機です			100	47×65×72	42		バーコードリーダー付き分注機
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステム カード用リーダー Banjo	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型の ID-マイクロタイピングシステム用のコンパクトな判定装置です			40	25×39×15	5.3		
フィンガルリンク	C-Chip(NI Grid) DHC-N 01-2	10 μL	2 検体/1 枚		包装単位 20 枚/箱	75×25×1.6(mm)		0.64	ディスポーザブル血球計算盤
フィンガルリンク	C-Chip(FR Grid) DHC-F 01	20 μL	2 検体/1 枚		包装単位 20 枚/箱	75×25×1.6(mm)		0.64	ディスポーザブル血球計算盤
フィンガルリンク	C-Chip(BT Grid) DHC-B 02	10 μL	2 検体/1 枚		包装単位 20 枚/箱	75×25×1.6(mm)		0.64	ディスポーザブル血球計算盤
フィンガルリンク	赤血球変形能測定装置 Rheo Scan D	5 μL	1 チャンネル	スリットフロー エクタサイトメトリー	190	38×33×15	10	400	微量サンプル測定
フクダ電子	自動血球計数 CRP 測定装置 FL-278CRP	CBC 8 項目＋CRP 定量 測定方式：WBC，RBC，Hct，PLT：電気抵抗法 Hgb：シアンメトヘモグロビン法 CRP：ラテックス免疫比濁 rate 法			150	30×40×41	18	488	CBC と CRP を同時測定
フクダ電子	自動血球計数 CRP 測定装置 LC-667 CRP	白血球 5 分類含む CBC 18 項目＋CRP 定量 測定方式：WBC，RBC，Hct，PLT：電気抵抗法 Hgb：比色法(シアンメトヘモグロビン)法 CRP：ラテックス免疫比濁 RATE 法			85	26.2×45.0×43.0	19	550	CBC と CRP を同時測定
フクダ電子	呼気中$^{13}CO_2$分析装置 POCone	測定項目：呼気ガス中の$^{13}CO_2$比率の変化量 測定方法：非分散赤外方式			200	22×36.1×27.2		96	
和光純薬工業	カード用遠心機ID-Centrifuge 24S	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型の全自動マイクロタイピングシステムです			100	37×41×17	12	68	バイオ・ラッド ラボラトリース㈱ 輸入販売元
和光純薬工業	カード用遠心機ID-Centrifuge 6S	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型の全自動マイクロタイピングシステムです			60	27×31×17	6.7	40	バイオ・ラッド ラボラトリース㈱ 輸入販売元
和光純薬工業	カード用恒温機ID-Incubator 37S I	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型の全自動マイクロタイピングシステムです			200	31×34×19	6	32	バイオ・ラッド ラボラトリース㈱ 輸入販売元
和光純薬工業	カード用恒温機ID-Incubator 37S II	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型の全自動マイクロタイピングシステムです			200	36×42×21	9	68	バイオ・ラッド ラボラトリース㈱ 輸入販売元

細菌検査機器
尿検査機器
病理検査機器

31. 微生物分類同定装置（Instrument for Bacterial Identification）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体/h	V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
シーメンス HCD	マイクロスキャン WalkAway 96Plus	比色法/蛍光法		1.25k	97.8×86.4×94.0	182	3,300	同定/感受性同時又は個別測定
シーメンス HCD	マイクロスキャン WalkAway 40Plus	比色法/蛍光法		1.25k	97.8×86.4×73.7	170	2,000	同定/感受性同時又は個別測定
シーメンス HCD	マイクロスキャン autoSCAN-4	比色法		120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
日水製薬	ライサス	蛍光/比色法		1K	84×90×127	180	1,500	
日水製薬	ライサスエニー	蛍光/比色法		1K	78×90×141	180	1,500	

32. 感受性試験装置（Instrument for Bacterial Sensitivity Test）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	薬剤形態	MIC 測定	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体/h		可・否	V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
シーメンス HCD	マイクロスキャン WalkAway 96Plus	比色法/蛍光法				1.25k	97.8×86.4×94.0	182	3,300	同定/感受性同時又は個別測定
シーメンス HCD	マイクロスキャン WalkAway 40Plus	比色法/蛍光法				1.25k	97.8×86.4×73.7	170	2,000	同定/感受性同時又は個別測定
シーメンス HCD	マイクロスキャン autoSCAN-4	比色法				120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
シスメックス・ビオメリュー	バイテック 2 コンパクト 30	比色				100/5	72×68×60	75	890	
シスメックス・ビオメリュー	バイテック 2 コンパクト 60	比色				100/5	72×68×60	75	1,500	迅速報告，同定感受性試験結果自動検証システム(AES)を搭載
シスメックス・ビオメリュー	バイテック 2　ブルー/ バイテック 2　XL ブルー	比色				(バイテック 2) 100/5	(バイテック 2) 100×71×67	(バイテック 2) 100	(バイテック 2) 1,800	迅速報告，同定感受性試験結果自動検証システム(AES)を搭載
シスメックス・ビオメリュー	ミニアピ	比色及び比濁法				100/2	43×46×35	25	450	
日水製薬	RAISUS	蛍光/比色法		乾燥プレート	可	1K	84×90×127	180	1,500	

33. DNA・RNA 測定装置（Instrument for DNA・RNA Analysis）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体/h	V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アボットジャパン	Abbott m 2000 rt アナライザー	リアルタイム PCR 法	96 サンプル/3 h	950	82×45×61	52	お問い合わせ 下さい	リアルタイム PCR 検査用 自動測定装置
カイノス	ニュークリセンス EasyQ システム	リアルタイム NASBA 法	48 検体/1.5 h	200	42×42×22	20	390	RNA を等温増幅する NASBA 法とモレキューラービーコンによるリアルタイム検出装置
シスメックス・ビオメリュー	自動細菌タイピング装置： DiversiLab	蛍光	13 検体/1 h	60	16.2×29.0×41.2	10	700	再現性の高いタイピングを菌株から 4 hrs で実施
積水メディカル	ジェネライザー 2C 601	電流検出型 DNA チップ法	50	4	57×51×49	47		
東ソー	TRCR リアルタイムモニター TRCRapid-160	TRC 法	16 サンプル/ バッチ	250	35×32×24	17		転写酵素と逆転写酵素の協奏反応による RNA 増幅・検出法
東ソー	TRCR リアルタイムモニター TRCRapid-480	TRC 法	48 サンプル/ バッチ	コントローラー セット含め 1500	690×580×560	70		転写酵素と逆転写酵素の協奏反応による RNA 増幅・検出法

東洋紡績	GENECUBE	遺伝子増幅＋融解曲線解析	16テスト/バッチ	1.4 K	90×55×65	92		核酸抽出部を含む
ロシュ・ダイアグノスティックス	COBAS AMPLICOR	遺伝子増幅		0.8 K	86×57×90	75		PCR 検査用自動測定装置
ロシュ・ダイアグノスティックス	MP-12	DNA ハイブリダイゼーション	12	100	38×64×55	47		自動核酸抽出機
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス Taq Man	遺伝子増幅		1.2 K	114×75×95	237	2,100	リアルタイム PCR 検査用自動測定装置
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス Ampli Prep	DNA ハイブリダイゼーション		1.2 K	165×74.5×93.5	310	1,100	自動核酸抽出機
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス Taq Man 48	遺伝子増幅		0.6 K	45×79×50	55	700	リアルタイム PCR 検査用自動測定装置

34. 核酸抽出装置（Nucleic Acid Extractor）

会社名	商品名 型式名	サンプル（種類）	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
アークレイ	アイデンシー™ IS-5310	全血，口腔スワブ精製核酸	4 検体/1.25～1.5 h	PCR＋Tm 解析法	300	41×45×42	27		本装置は研究用
アボットジャパン	Abbott *m* 2000 sp 自動核酸抽出装置	血清・血漿	24～48	磁性粒子抽出法	1.2K	176.5×79.4×25.4	314	お問い合わせ下さい	全自動，各種検体可（専用 DNA・RNA 抽出試薬により高純度核酸抽出可能）
カイノス	ニュークリセンス MINI MAG	血漿，血清，喀痰，便	12/0.75 h	磁性シリカによるブーム法		43.8×11.4×15.3	3.6	80	DNA/RNA 同時抽出，高収量・高純度，コンパクト
シスメックス・ビオメリュー	ニュークリセンス MINI MAG	血漿，血清，喀痰，便，その他	12/0.75 h	磁性シリカによる BOOM 法		43.8×11.4×15.3	3.6	80	DNA/RNA 同時抽出，高収量・高純度，コンパクト
シスメックス・ビオメリュー	ニュークリセンス easy MAG	血漿，血清，喀痰，便，その他	24/0.6 h	磁性シリカによる BOOM 法		100×65×53	125	960	共通試薬とプロトコールで種々の検体から同時に核酸抽出
バイオテック	核酸抽出装置 AGE-96	全血		ビーズ法抽出	400	70×75×75	80	850～	96 cH 同時処理，コンパクトサイズ，全自動

35. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	4 cc スポイト L	バイオハザードの恐れのある検体を，より安全に，より確実に検体処理が行えます					
アジア器材	15 mL スクリュースピッツ	DNA 測定検査などの，前処理容器として使用できます					
シスメックス・ビオメリュー	バクテアラート 3D	連続モニタリングシステムによる血液・抗酸菌培養装置，検出原理は CO_2 産生による色調変化により検出	100/10	85.2×61.7×91.4	160	980	同時測定可能検体数：240 検体
シスメックス・ビオメリュー	バクテアラート 3D コンビネーション	連続モニタリングシステムによる血液・抗酸菌培養装置，検出原理は CO_2 産生による色調変化により検出	100/6	49.6×62.2×78.1	90.7	580	同時測定可能検体数：120 検体
シスメックス・ビオメリュー	バクテアラート 3D 60	連続モニタリングシステムによる血液・抗酸菌培養装置，検出原理は CO_2 産生による色調変化により検出	100/6	58.8×49.7×60.9	41	240	同時測定可能検体数：60 検体
シスメックス・ビオメリュー	PREVI カラーグラム	自動グラム染色装置		56×53×24	16.8		12 枚同時染色用 PD-セル 30 検体
シスメックス・ビオメリュー	PREVI イソラ	自動塗抹装置，平板，分画培地ともに塗抹可能。	100/6	144×90.7×168	298		180 枚プレート/時間。
セントラル科学貿易	エアーサンプラー RCS	空中浮遊菌を定量的に分析する採取装置		4×4×33.5	1.1	29.8～	
セントラル科学貿易	ANOXOMAT 嫌気培養システム	・オランダで 90 %の市場占有率を誇る。 ・最大 4 個まで嫌気培養ジャーを接続可能。 ・各ジャー毎に独立して培養条件を設定可能。	473	32×55×27.5	32	120～	

和光純薬工業	トキシノメーター MT-5500	エンドトキシン及び(1→3)-β-D-グルカンの測定が同時に行え，グラム陰性菌及び真菌による感染症の迅速診断に有用です。	100/2.2	35×42×35.6	13	280	

36. 浸透圧計（Osmotic Pressure Manometer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	サンプル量	測定範囲	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h	μL	mOsm／kg	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オズモステーション™ OM-6060	20～30	200 以上	0～2,000	160	32.0×35.5×34.0	19		

37. 尿分析装置（Urine Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	定性・定量の区別	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オーションマックス™ AX-4030	225	定性	13	150	53×53×53	41		演算項目 P/C 比
アークレイ	ポケットケム™UA PU-4010	50	定性	12	単三電池×2	12.4×8.1×3.6	0.18		演算項目 A/C 比，P/C 比
アークレイ	オーションイレブン™ AE-4020	514	定性	13	45	21.0×32.8×16.4	3.6		演算項目 A/C 比，P/C 比
栄研化学	US-1000	180	定性	10	60	30.0×32.5×13.1	3	98	テラメックス社製
栄研化学	US-2200	720	定性	10	100	40.0×38.5×25.5	10	250	テラメックス社製
栄研化学	US-3100 R plus	276	定性	10	200	60×75×58	49	790	テラメックス社製
栄研化学	US-3300	411	定性	10	200	62×116×58	64	980	テラメックス社製
協和メデックス	尿分析装置 UR-S 600	600	定性	9	80	34×35×23	12	280	
シーメンス HCD	クリニテックアトラスXL	225	定性/蛋白・クレアチニン比	14	100/3.5	72.4×65.5(5)66.0	86.5	985	蛋白/クレアチニン比を自動計算
シーメンス HCD	クリニテックアドバンタス	500	定性/蛋白・クレアチニン比	14	72	39×35×32	7.2	240	蛋白/クレアチニン比を自動計算
シーメンス HCD	クリニテックステータス	60	定性/蛋白・クレアチニン比/アルブミン・クレアチニン比	15	100/0.3	17.1×27.2×15.8	1.6	12.8	アルブミン指数および蛋白クレアチニン比を自動計算。hCG の測定も可能
シーメンス HCD	クリニテックステータスプラス	60	定性/蛋白・クレアチニン比/アルブミン・クレアチニン比	15	100/0.3	17.1×27.2×15.8	1.6	14.8	アルブミン指数および蛋白クレアチニン比を自動計算。hCG の測定も可能。バーコードスキャナ(オプション)接続可能
シスメックス	URISYS2400 尿自動分析装置	240	最小 1.5 mL	比重，pH，白血球，潜血，亜硝酸塩，蛋白質，ブドウ糖，ケトン体，ウロビリノーゲン，ビリルビン，潜血，色調，濁度	200	53.0×65.0×67.0	85		
テクノメディカ	全自動尿分析・分取装置 UA・ROBO-700 *i*	180	定性	13	100/6	81×111×128	200	1,590	尿検査の前処理と尿定性分析を全自動で行います。
テクノメディカ	尿中酸化ストレスマーカー測定システム ICR-001	12（サンプル操作を含む）	100	2	100/6	15×16×17	2.8		尿中酸化ストレスマーカーの「8-OHdG」を測定
和光純薬工業	プレテスター RM-805	300(最大)	定性	10	100/0.5	28×21×10	2.8	65	小型尿検査装置
和光純薬工業	プレテスター RM-6050	600(最大)	定性	10	100/1	41.5×45×39	25	245	尿化学分析装置

38. 尿沈渣分析装置（Urine Sediment Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定原理	サンプル量	分類項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h		μL	数	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オーションアイキュー™ IQ-5210	60	フローサイトメトリー法	約1000	自動分類13	最大565	本体：53×61×57 パソコン：25×43×43	本体：42.5 パソコン：12.5		
シスメックス	全自動尿中有形成分分析装置 UF-1000 *i*	100	フローサイトメトリー法	0.8 mL	5	500以下	58.0×71.0×61.5	75.5		
東洋紡績	U-SCANNER II	100	顕微鏡画像解析	約120	13（詳細分類含む）	1K	70×69×57	80		

39. 便潜血測定装置（Automated Fecal Occult Blood Analyzer）

会社名	商品名 型式名	分析法（測定法）	処理能力	測定原理	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
栄研化学	OCセンサーio	ワンステップレイト法	88	ラテックス凝集	150	36×56×42.5	35	350	多摩精機社製
栄研化学	OCセンサーDIANA	ワンステップレイト法	280	ラテックス凝集	500	63×56×56	60	690	アロカ社製
協和メデックス	HM-JACK	テラックス凝集法	180	ラテックス凝集	300	55×50×50	45	480	
協和メデックス	HM-JACK Plus	テラックス凝集法	180	ラテックス凝集	300	50×53×49	30	650	
協和メデックス	HM-JACK arc	テラックス凝集法	200	ラテックス凝集	300	60×61×50	56	480	
和光純薬工業	FOBITWAKO	金コロイド比色法	250	金コロイド比色法	最大820	62×60×57	65	580	
和光純薬工業	QUIC KRUN	金コロイド比色法	10検体/16.5分	金コロイド比色法	100/1.2	24.5×30×30.5	11	94	小型便潜血分析装置 尿中・髄液中総蛋白測定可

40. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	12 mL沈渣スピッツ	12 mL沈渣スピッツは，各種尿検査器械に対応し，バーコードの貼りやすい設計になっております。					
アジア器材	11.5 mL沈渣スピッツ	13 mL沈渣スピッツは，各種尿検査器械に対応し，バーコードの貼りやすい設計になっております。					
医学生物学研究所	Color Frost Marker CFM-30	スライドグラスフロストプリンター	AC 100 V/約35 W	62×25.5×22.6	18	89.8	スライドグラスへの高速印刷(24枚/25秒)，高精度(最大2800×1440 dpi)で多彩(各種フォント，ロゴ，2次元バーコードも可能)な印刷を実現。
メディカテック	自動チップセット機 ATI-1600	省スペース設計・高速処理・簡単操作	150	136×54×80	約120		
メディカテック	卓上型自動チップセット機 ATI-180		100	38.5×54×54			
メディカテック	自動凝集像読み取り装置 APAS-3000						

41. 自動組織細胞染色装置（Automatic Tissue Staining Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理工程槽	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数	数／回	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
医学生物学研究所	全自動細胞診塗抹装置 TACAS 9600	96スライド	96スライド/20分	100-240 V 600 VA	87×137.5×78	115	1,250	婦人科及び一般液状細胞診の自動塗抹装置。高速細胞塗沫処理（96枚/20分）。
医学生物学研究所	全自動細胞診塗抹装置 TACAS 3600	36スライド	36スライド/30分		76×88.5×70	90	1,000	婦人科及び一般液状細胞診の自動塗抹装置。高速細胞塗沫処理（36枚/分）。
ロシュ・ ダイアグノスティックス	ベンタナ シンフォニー (SYM1)	70スライド	70スライド/1時間	最大4.6K	124.5×71.2×193.0	310	1,680	全自動H&E染色装置(ランダムアクセス&コンティニュアスアクセス)
ロシュ・ ダイアグノスティックス	ベンタナ シンフォニー (SYM3)	200スライド	200スライド/1時間	最大4.6K	124.5×71.2×193.0	310	1,980	全自動H&E染色装置(ランダムアクセス&コンティニュアスアクセス)
ロシュ・ ダイアグノスティックス	ベンタナXTシステム ベンチマークモジュール	30スライド	IHC：90分～ ISH：15時間～ FISH：25分	合計最大2.0K	本体88.9×66.0×153.0	本体175	1,480	全自動IHC，ISH処理装置
ロシュ・ ダイアグノスティックス	ベンタナXTシステム ディスカバリーモジュール	30スライド	ISH：4時間～ FISH：3.5時間 Chip：4時間 IHC：90分～ FIHC：20分	合計最大2.0K	本体88.9×66.0×153.0	本体175	1,580	全自動ISH，IHC，DNA，Chip処理装置
ロシュ・ ダイアグノスティックス	ベンタナNX-SSモジュール	20スライド	20スライド/ 約24～102分	合計最大2.0K	本体51.4×41.3×36.0 36.8×34.3×35.6	本体35.3	680	全自動特殊染色装置
ロシュ・ ダイアグノスティックス	ベンタナ ベンチマークULTRA	30スライド	IHC：90分～ ISH：5時間～ FISH：6時間 FIHC：25分	合計最大2.0K	本体112×84×159	本体295	2,000	全自動IHC，ISH処理装置(ランダムアクセス&コンティニュアスアクセス)

42. 画像処理装置（Image Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目数	画素数	モニター（インチ）	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		種	画素	カラー／モノクロ	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
シスメックス	血液細胞画像ファイリングシステム LAFIA	最大 80,000枚	有効画素数： 768×494(R,G,B)	17インチ フルカラー	合計：約1K以下	本体22×45×41(変更あり)	合計： 100以下		CL/SV型により，Webブラウザでの画像参照等が可能
セラピジョン・ジャパン	CellaVision® DM 96	18種類		カラーモニター 19インチ	960	530×580×630	60	1,950	自動顕微鏡に豊富なデジタルイメージ分析技術と最先端の人工頭脳を組み合わせた全自動血液像分類システムです。
ロシュ・ ダイアグノスティックス	ベンタナ パイアスシステム	5項目		19インチ フルカラー	合計：1.5K以下	本体45×60×75	合計： 99.8	2,500	Zeiss AXIO Microscopeに，TRIPATH IMAGING社PROEX Imaging Softwareを使用した病理画像解析システム

43. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	マルチトランスチューブ	スライドガラスの輸送ケースで，アルコール固定などの固定容器，特殊染色容器としても使用できます。					
常光	自動固定包埋装置 Histra-GT	固定～パラフィン浸透までを約80分（3 mm角組織）で処理。処理能力：100カセット/回	100/15	80.5×65.6×126	150		超音波を利用し短時間化を実現
常光	自動固定包埋装置 Histra-QS	固定～パラフィン浸透までを約60分（3 mm角組織）で処理。処理能力：200カセット/回	100/12	56×50×66	60		超音波を利用し短時間化を実現
常光	迅速脱灰・脱脂・固定装置 Histra-DC	脱灰，脱脂，固定の処理が従来の1/2～1/6の時間で可能。	100/12	40×37×34	20		超音波を利用し短時間化を実現
常光	密閉型自動固定・洗浄装置 Histra-FX	固定・洗浄工程の密閉化・自動化により，ホルムアルデヒドガスの拡散を防止(規制対応)	100/0.5	35×53×113	30		

生理機能検査機器

44. 呼吸機能自動検査システム（Automatic Respiratory Function Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目	検出方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
フクダ電子	電子スパイロメータ SP-350 COPD	COPD 重症度ステージ解析機能 測定方法：スクリーン型ニューモタコ方式						
フクダ電子	多機能電子スパイロメータ SP-770 COPD	COPD 解析機能 測定方法：上記に同じ						

45. 超音波膀胱容量測定装置（Device for Bladder Volume Measurment）

会社名	商品名 型式名	測定項目	検出方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
シスメックス	ブラッダースキャンシステム BVI 6100	膀胱内尿量	超音波法	3.8 V リチウムイオンバッテリー		0.31		膀胱用超音波画像診断装置
シスメックス	ブラッダーマネージャー BVI 3000	膀胱内尿量	超音波法	NiMH バッテリー	23.0×32.0×7.0	2.3		膀胱用超音波画像診断装置

46. 超音波骨密度測定装置（Ultrasound Bone Desitometer）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
古野電気	超音波骨密度測定装置 CM-200	小型で持ち運び可能であるので骨検診等のスクリーニングにも適しています．測定指標：SOS，測定時間：10 秒，測定精度％CV：0.5％以下（ファントム測定時）	60	51×30×21	11	お問合せください	

システム

47. 臨床検査システム（Computer System for Clinical Laboratory）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分析	ホスト／ サーバ CPU	データ 入力方式	端末台数	オンライン 分析計台数	検査項目数	データ 保存日数	メーカー 希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	メックネット™ケアラボ	制限なし	Windows 2000, Xp, Vista, 7	オーダリング, キーボード	1～5	～10	制限なし	ディスク容量による		クリニック用データ管理システム
アークレイ	メックネット™ミニラボ	血清，血液，尿	Windows 2000, XP	オーダリング, キーボード	1～4	～4	制限なし	ディスク容量による		検査データ管理サブシステム
アークレイ	メックネット™SMBG Viewer	血糖	Windows 2000, XP, Vista, 7	メーター接続 キーボード						医療機関向け血糖値管理ソフト
アークレイ	メックネット™SMBG Viewer Lite	血糖	Windows 2000, XP, Vista, 7	メーター接続						医療機関向け血糖値管理ソフト
アイテック阪急阪神	MELAS-i（検体）	生化学，血清， 血液，尿一般	Windows	オンライン，K/B, OCR, OMR他	1台～	任意		ディスク容量による		
アイテック阪急阪神	MELAS-i（細菌）	細菌	Windows	オンライン，K/B, OCR, OMR他	1台～	任意		ディスク容量による		単独での導入も可能
アイテック阪急阪神	MELAS-i（輸血）	輸血	Windows	オンライン，K/B, OCR, OMR他	1台～	任意		ディスク容量による		単独での導入も可能
アイテック阪急阪神	MELAS-i（生理）	生理	Windows	オンライン，K/B, OCR, OMR他	1台～	任意		ディスク容量による		単独での導入も可能
アイテック阪急阪神	Path Mate	病理	Windows	オンライン，K/B, OCR, OMR他	1台～	任意		ディスク容量による		単独での導入も可能
アイテック阪急阪神	検査結果web参照システム	結果参照	Windows			任意		ディスク容量による		
アイテック阪急阪神	TOHMAS-i	健診	Windows	オンライン，K/B, OCR, OMR他	1台～	任意		ディスク容量による		単独での導入も可能
アイテック阪急阪神	TOHMAS-i Followup	健診	Windows	オンライン，K/B, OCR, OMR他	1台～	任意		ディスク容量による		単独での導入も可能
アイテック阪急阪神	感染制御支援システム	感染制御	Windows		1台～	任意		ディスク容量による		単独での導入も可能
エイアンドティー	検体検査 CLINILAN LRP Suite/GL-2	生化学，血液， 血清，一般，RI，	Xeon	オーダーエントリ OMR, OCR, 用手法	1～	任意	999999	任意		検体検査システム
エイアンドティー	感染症管理 CLINILAN LRP Suite/IC-2	感染症	Xeon	オーダーエントリ 用手法	2～	任意	9999	無制限		感染症管理業務
エイアンドティー	細菌検査 CLINILAN LRP Suite/MB-2	細菌	Xeon	オーダーエントリ OMR, OCR, 用手法	1～	任意	9999	任意		検体検査システム
エイアンドティー	輸血検査 CLINILAN LRP Suite/BT-2	輸血	Xeon	オーダーエントリ OMR, OCR, 用手法	1～	任意	9999	任意		検体検査システム
エイアンドティー	病理検査 CLINILAN LRP Suite/WebPath	病理	Xeon	オーダーエントリ OMR, OCR, 用手法	1～		9999	任意		検体検査システム
エイアンドティー	個別検体データ検証 CLINIEEL Zone-2	生化学，血液， 血清	Xeon		1～					検体検査支援システム （精度管理）
エイアンドティー	検査結果照会 CLINIWeb-2	生化学，血液，血清， 一般，RI，細菌	Xeon		1～					検査結果参照・ 検査状況参照システム
エイアンドティー	検査室管理支援 CLINILAN LRP Suite/LM	生化学，血液，血清， 一般，RI，細菌	Xeon		1～					在庫管理・ コスト管理支援システム
エイアンドティー	検査情報データベース CLINILAN RefDB	生化学，血液，血清， 一般，RI，細菌	Xeon		1～					検査情報支援システム
エクセル・クリエイツ	臨床検査システム FORZ	生化学，血液， 血清，一般		オーダリング			9999		200～	
エクセル・クリエイツ	健診システム FORZ	人間ドック，一 般，特定健診		OCR他			9999		300～	
エクセル・クリエイツ	画像ファイリングシステム FORZ	顕微鏡，エコ ー，X線他		DICOM, JPEG他					200～	
エクセル・クリエイツ	在庫管理システム FORZ	物品消耗品		バーコード スキャナ					200～	

オネスト	ハートレー HARTLEY	生化，血清， 血液，一般	P4,2.8G以上	オンライン,K/B,マウス バーコードリーダなど	1台～	任意	999,999	無制限 DISK容量次第	200～ 3,000	直感的な画面遷移でフレキシブル！ 各種アラート機能を装備
オネスト	感染管理支援 ICTweb	感染対策	P4,2.8G以上	オンライン,K/B,マウス など				無制限 DISK容量次第	300～ 3,000	院内感染対策に有用な情報を視覚的に提供するシステム
オネスト	アスティ・ツー ASTY II	一般細菌， 抗酸菌	P4,2.8G以上	オンライン,K/B,マウス バーコードリーダなど	1台～	任意	999 or 9999	無制限 DISK容量次第	150～ 1,500	250施設以上の導入実績を誇るシステムのNewバージョン
オネスト	フィルス Phyls	生理	P4,2.8G以上	オンライン,K/B,マウス バーコードリーダなど	1台～	任意	999,999	無制限 DISK容量次第	150～ 2,000	オーダエントリシステムとも連携可能な安価なシステム
オネスト	ルーバ RhoOBA	輸血関連 交差適合	P4,2.8G以上	オンライン,K/B,マウス バーコードリーダなど	1台～	任意	999,999	20年以上 DISK容量次第	150～ 1,500	同種血に限らず，血漿分画製剤や自己血の管理も可能
オーピーシステム	CLIP	生化学，血清， 血液，尿など	Windows 2008 Server WindowsXP Pro/Windows 7	オーダリング，キーボード， OCR/OMR	1～	1～	最大登録数 999999	ディスク容量による	要見積	データ管理システム端末
オーピーシステム	CLIP-Pth	病理(組織診/ 細胞診/剖検)	Windows 2008 Server WindowsXP Pro/Windows 7	オーダリング，キーボード， OCR/OMR	1～			ディスク容量による	要見積	データ管理システム端末
オーピーシステム	CLIP-Bct	細菌(微生物)	Windows 2008 Server WindowsXP Pro/Windows 7	オーダリング，キーボード， OCR/OMR	1～	1～		ディスク容量による	要見積	データ管理システム端末
オーピーシステム	CLIP-Web	生化学，血清， 血液，尿	Windows 2008 Server WindowsXP Pro/Windows 7	キーボード	1～		CLIPに依存	CLIPに依存	要見積	データ参照システム
オーピーシステム	MEX-Plus	健康診断	Windows 2008 Server WindowsXP Pro/Windows 7	オーダリング，キーボード， OCR/OMR	1～	1～	最大登録数 9999	ディスク容量による	要見積	データ管理システム端末
小林クリエイト	臨床検査システム SIMS	生化学,免疫学 血液学,尿一般	Pentium	オンライン,キーボード,OMR等	任意	任意	～9,999	ディスク容量による	別途見積り	
小林クリエイト	検査報告照会システム TRAS		Pentium	Webブラウザ	数十台		～9,999	ディスク容量による	別途見積り	Webサーバー：IIS イントラネット対応
コメットシステム	臨床検査ネットワークシステム 『すい星フェニックス』	生化学，血清， 血液，免疫，尿	Windows 2000, 2003, 2008 Windows 2000, Xp, Vista, 2007	オーダリング， 電子カルテ，キーボード	1～100	～200	99999	ディスク容量による		臨床検査サーバー・クライアント型システム
コメットシステム	細菌検査システム 『すい星コロニー』	細菌検査	Windows 2000, 2003, 2008 Windows 2000, Xp, Vista, 2007	オーダリング， 電子カルテ，キーボード	1～20	～10	99999	ディスク容量による		細菌検査サーバー・クライアント型システム
コメットシステム	病理検査システム 『すい星パス・ポケット』	病理，細胞診検査	Windows 2000, 2003, 2008 Windows 2000, Xp, Vista, 2007	オーダリング， 電子カルテ，キーボード	1～20	～10	99999	ディスク容量による		病理検査サーバー・クライアント型システム
コメットシステム	輸血検査システム 『すい星ブラッド』	輸血検査	Windows 2000, 2003, 2008 Windows 2000, Xp, Vista, 2007	オーダリング， 電子カルテ，キーボード	1～20	～10	99999	ディスク容量による		輸血検査サーバー・クライアント型システム
コメットシステム	Web参照システム 『すい星Web』	生化学,血清,血液,尿,細菌検査,病理検査,輸血検査	Windows 2000, 2003, 2008 Windows 2000, Xp, Vista, 2007	オーダリング， 電子カルテ，キーボード	1～500		99999	ディスク容量による		インターネット，イントラネット対応 Web参照システム
シーメンス HCD	BAY-URINA システム	尿定性，定量， 沈渣	ペンティアムIII 700 MHz	オンライン キー入力	MAX5台	2	70	約1年間HDD 容量による	285～	
シスメックス	臨床検査情報システム SISシリーズ	血液，凝固， 尿一般	Pentium III 550 MHz以上	キーボード， マウス	別途ご相談	最大30 台を想定	最大9,999	別途ご相談		CL/SV型
テクノメディカ	TMC臨床検査総合システム	生化学，血液，免疫， 一般，病理，細菌	Windows 2003 Server	オーダリング， OCR,OMR,手入力	1～	1～	制限なし	ディスクの容量による		
日本電子	臨床検査情報処理システム JCS-50L	生化学，免疫， 血清，血液， 尿一般	Windows 2008 Server	HIS連携，他システム連携，手入力， OMR，OCR	1～	1～	～30,000	ハードウエアに依存		オプション）試薬・在庫管理支援機能，精度管理サブシステム，請求管理機能
日本電子	細菌検査システム JCS-50L/BACT	細菌， 微生物検査	Windows 2008 Server	HIS連携，他システム連携，手入力， OMR，OCR	1～	1～		ハードウエアに依存		検体検査システムと同一サーバ・クライアントでの運用が可能
日本電子	WEB結果参照システム JCS-50L/WEB	検体検査， 細菌検査	Windows 2008 Server	弊社システムから自動連携	1～			ハードウエアに依存		HIS画面からの自動連携も可能
ニューコン	臨床検査システム Hi-Labo-S	生化，血液 一般等		オンライン入力， OCR，OMR，手入力	1～	1～	～3000	5年		
ニューコン	臨床検査システム Hi-Labo-P	生化，血液 一般等		オンライン入力， OCR，OMR，手入力	1～	1～	～1000	5年		
ニューコン	臨床検査システム Hi-Labo-C	生化，血液 一般等		オンライン入力， OCR，OMR，手入力	1～	1～	～1000	5年		
ニューコン	輸血製剤管理支援システム HD-TRANS®	血液		オンライン入力， OCR，OMR，手入力	1～	1～		20年		
ニューコン	病理検査管理支援システム HISTOMATIC	病理・細胞診		オンライン入力，手入力	1～	1～		5年		
ニューコン	総合健診システム K-EXAM-plus®	生化，血液 一般等		オンライン入力， OCR，OMR，手入力	1～	1～		5年		

ニューコン	Hi-Labo システム Webドクター支援システム	検査システムの照会			1～		～3000			
ニューコン	Hi-Labo システム 細菌検査システム	細菌，微生物		オンライン入力，手入力	1～	1～		5年		
ニューコン	Hi-Labo システム 生理検査予約システム	生理検査予約		オンライン入力，手入力	1～	1～		5年		
ニューコン	Hi-Labo システム 採血検査システム	採血患者		オンライン入力，手入力	1～	1～		10年		
ニューコン	Hi-Labo システム 在庫管理システム	物品管理		オンライン入力，手入力	1～	1～		5年		
ニューコン	らくですく	採血台								
日立ハイテクノロジーズ	Labostream	検査全般	PC サーバ	キーボード，OCR，MSR，他	任意	任意	9,999	制限なし		Windows XP
日立ハイテクノロジーズ	Lavolute 7	検査全般	PC サーバ	キーボード，OCR，MSR，他	任意	任意	9,999	制限なし		Windows Vista
富士通	HOPE/LAINS-GX(ホープラインズジーエックス)	生化学，血清，血液，尿，細菌	Windows 2008	オーダリング，キーボード	100	100	制限なし	ディスク容量による		ヘルスケアトータルソリューションとして提案可能

48. 検体前処理システム（Sample Processing System）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分野	システム 構成	検体搬送方法	ラック種	処理能力	接続分析装置	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アイディエス	検体搬送システム	生化学検査 血清・免疫検査	搬入・遠心・検体・血餅検出・分注・ラベル発行・搬出・分析装置接続・ストックヤードほか	1本搬送	1本ホルダー方式	構成により異なります	各メーカー約30種接続実績あり	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	・設置スペースに合わせ配置変更可能 ・再検，ストッカード各種ユニット組み合わせ可能
アイディエス	検体搬送システム	凝固検査 血糖関連検査	搬入・遠心・搬出・分析装置接続・ストックヤードほか	1本搬送	1本ホルダー方式	構成により異なります	各メーカー接続実績あり	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	
アイディエス	検体搬送システム	尿・一般検査	搬入・ラベル発行・分注・分析装置接続・搬出・ストックヤード・ほか	1本搬送	1本ホルダー方式	構成により異なります	各メーカー接続実績あり	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	・尿カップでの検体搬送が可能 ・尿カップから尿スピッツへの分注が可能
アイディエス	自動分注装置 IDS-2000 シリーズ	生化学，血清	搬入・検査・血餅検出・分注・ラベル発行・搬出	1本搬送	1本ホルダー方式	200 検体/時			163×82×156	300	お問合せ下さい	検体搬送システムとの接続により，分析装置への接続可能
アイディエス	自動分注装置 IDS-3000 シリーズ	生化学，血清	搬入・検査・血餅検出・分注・ラベル発行・搬出	1本搬送	1本ホルダー方式	300 検体/時			220×101×155	625	お問合せ下さい	検体搬送システムとの接続により，分析装置への接続可能
アロカ	検体前処理システム APS-3000 シリーズ	生化学，血清	分注，他	ラック搬送	アロカ10本ラック，他	構成による		構成による	構成による	構成による	構成による	
アロカ	検体前処理分注装置 LabFLEX2500	生化学，血清	分注，他	ラック搬送	アロカ5本ラック，他	250 検体/h		750	約148×78×143	410	構成による	
アロカ	検体前処理モジュールシステム LabFLEX 3500	生化学，血清	分注，他	ラック搬送	アロカ10本ラック，他	構成による		構成による	構成による	構成による	構成による	
エイアンドティー	CLINILOG Ver. 3	生化，血液，血清，凝固，免疫	投入，遠心，開栓，分注，バッファ，回収モジュールの組み合せ	1本ホルダ方式	A&T 5検体ラック(検体投入に使用)	構成により異なります	各メーカー接続実績あり		ユニットにより異なります	ユニットにより異なります	構成により異なります	
エイアンドティー	分析前工程 統合管理モジュール MPAM	生化，血液，血清，凝固，免疫	投入，検体認識，開栓，分注，ソーティング一体型	ラック方式	日立/A&T/日本電子5検体ラック	分注540 検体/時(1：1分注時)	日立/A&T/日本電子5検体ラック取込装置	2K	ユニットにより異なります	460		投入，検体認識，開栓，分注，ソーティング一体型
シスメックス	HS トランスポーテーションシステム HST-N シリーズ	血液検査	多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	ベルトライン方式	シスメックス製10本ラック		XE-5000，SP-1000i					
シスメックス	HS トランスポーテーションシステム XE-Alpha N	血液検査	多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	ベルトライン方式	シスメックス製10本ラック		XE-5000，SP-1000i					
大扇産業		生化学検査血清・免疫検査	収入・遠心・検査・血餅検出・分注・ラベル発行・搬出・分析装置接続・ストックヤードほか	1本搬送	1本ホルダー方式	構成により異なります	各メーカー約30種接続実績あり	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	・設置スペースに合わせ配置変更可能・再検，ストッカード各種ユニット組み合わせ可能
日本電子	検体搬送システム JLA-701T	生化学，免疫	搬送	ラック方式	5本又は10本ラック対応	最大1800検体/時	生化学，免疫他	100/40	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	
日立ハイテクノロジーズ	検体前処理システム	生化学，免疫，血清，血漿，凝固，尿	・検体投入部・遠心分離モジュール・開栓モジュール ほか	マスクにトよるラベルベア搬送	日立5本ラック他	250～400 検体時構成，使用条件により異なる	日立7700シリーズ他	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		
ベックマン・コールター	LH 1500 シリーズ	血液検査	搬出，搬入，LH 接続ユニット，LH 接続テーブル	1本搬送	1本ホルダ方式	構成による	LH シリーズ	構成による	構成による	構成による		任意規模のシステム構築が可能

ホロニック	採血管一括管理装置「RABBIT」	検体情報管理	搬送・RFID送受信・PC接続	50本ラック搬送	5×10本ラック	構成により異なります		構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	設置スペースに合わせた筐体設計可。管理方法に合わせたシステム開発対応。
メディカルジャパン	①MJ-600 ②MJ-300 ③MJ-250	生化学，血清，血液，他	分注,ラベラー,開栓,自動遠心器,振分け	ベルトライン方式	1本，5本，10本	構成内容により異なります	各メーカー接続実績あり		構成により異なります		問い合わせ下さい	コンパクトサイズ
メディカルジャパン	検体前処理システムMJシリーズ	生化学，血清	分注，ラベラー	ベルトライン方式	1本，5本	250検体/h～3,000検体/h	各メーカー接続実績あり		構成により異なります		問い合わせ下さい	コンパクトサイズ
メディカルジャパン	高速分注システム	生化学，血清	分注，ラベラー	ベルトライン方式	1本，5本，10本	3,000検体/h	各メーカー接続実績あり		構成により異なります		問い合わせ下さい	コンパクトサイズ
メディカルジャパン	検体受付システム	生化学，血液，他	振分け・印字	ベルトライン方式	1本，5本，10本	1,200検体/h			構成により異なります		問い合わせ下さい	コンパクトサイズ
ライオンパワー	いれかえくん・LS1000	検体検査全般	サンプルラック搬入・搬出・整理・採血管の液量チェック・バーコード読取り・並び替え	1ラック（10本入り）搬送	10本入りサンプルラック・国内主要メーカラックに対応可	300検体/時間（単体）840検体/時間（3台連結）	国内主要メーカー	100	W：340mm×D：656mm×H：523mm	36.4kg	問い合わせ下さい	・採血管を保管用ラック（安価な市販品）又は専用ラックへ自動格納。省スペースで設置可能

49. オートラベラ・バーコードプリンタ（Auto Labeler & Barcord Printer）

会社名	商品名 型式名	架設可能採血管数	採血管種	架設可能ラック種	処理能力	バーコード種	ラベルサイズ（mm）	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
								V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エプソン販売	サーマルラベルプリンタ TM-L90				最大150mm/秒	9種の他2次元シンボル3種	幅34～76	24/1.7	14×14.8×20.3	1.9		
エプソン販売	インクジェットプリンタ TM-C3400				最大92mm/秒	14種の他2次元シンボル8種	幅30～112	26	25.5×27.5×26.1	10.0		
小林クリエイト	ラベルプリンタ ip-65				150mm/秒	8種 2次元コード	標準50×35	150	19.8×24.7×18.1	3		
小林クリエイト	ラベルプリンタ ip-205				150mm/秒	8種 2次元コード	標準50×32 標準50×35	150	19.8×24.7×18.1	3		
小林クリエイト	バーコードラベラー VL-150				4秒/本	7種	標準50×32	300	22.4×35.1×29.5	15		
小林クリエイト	採血業務支援システム i・pres with	100本以上/8管種	径φ12～18 長さ75～105	専用トレイ	4秒/本	7種	標準53×35	800	55.0×81.7×138.0	200		
小林クリエイト	健診採血業務対応 i-pres fit	100本以上/1管種/4管種	径φ12～18 長さ75～105	専用トレイ	5秒/本	7種	標準53×35	175	66×66×55	55		
小林クリエイト	ラベルプリンタ KP-300				150mm/秒	9種 2次元コード	標準50×32	160	20×36×27	10		
小林クリエイト	ラベルプリンタ ip-225				100mm/秒	8種 2次元コード	標準50×32 標準50×35	150	19.8×24.7×18.1	3		
テクノメディカ	採血管準備システム BC・ROBO-787	20～100	同時搭載種類 4～28種類	専用トレイ 専用ラック	最大約300人分/h（1患者4本）	NW7, code128他	50×30 50×35他	1000（基本構成）	90×124×85.5（基本構成）	270		豊富なオプション有り。
テクノメディカ	採血管準備装置 BC・ROBO-686	20～100	同時搭載種類 4～12種類	専用トレイ	最大約400人分/h（1患者4本）	NW7, code128他	50×30 50×35他	1000（基本構成）	90×124×78（基本構成）	265		12管種で低価格。
テクノメディカ	採血管準備装置 BC・ROBO-888	100	同時搭載種類 8種類	専用トレイ	最大約300人分/h（1患者4本）	NW7, code128他	50×30 50×35他	800	60×75×118	240		新製品，省スペースと安心のバックアップ。
テクノメディカ	小型採血管準備システム BC・ROBO-mini 20	20	同時搭載種類 4種類	専用トレイ	5秒/本	NW7, code128他	50×30 50×35他	500	44.5×43×55.5	35		コンパクトサイズで卓上型。
テクノメディカ	小型採血管準備システム BC・ROBO-mini 40	40	同時搭載種類 4種類	専用トレイ	5秒/本	NW7, code128他	50×30 50×35他	500	44.5×43×75.5	40		コンパクトサイズで卓上型。
テクノメディカ	バーコードラベルプリンター BC-450SR					NW7他 2次元コード	各種	380（最大）	19.8×23×18.1	3		熱転写方式(SR) 感熱方式(S)
メディカルジャパン	ラベルプリンター MJP-01				約7行/秒	NW-7 ITF コード39 他	最大58×80φ		11×19×11	0.6		
メディカルジャパン	ラベルプリンター MJP-02				100mm/秒	NW-7 ITF コード39 他	最大80×83φ		15×19×16	1.4		
メディカルジャパン	MSシリーズ	約250本	75～100mm 13～16φ	5～50本ラック	約450本/h	NW-7 ITF コード39 他	50×32		約75×75×75	40		

50. 分注装置（Dispenser）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力 (検体/h)	バーコード種	分注量 (μL)	チャンネル数	消費電力 V/A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アロカ	ランダムアクセスワークステーション APS-790				条件により異なる		10～9999，仕様により異なる		1.5K	約172×105×171（本体のみ）	約500（本体のみ）	構成による	ラックバーコード対応
アロカ	卓上型自動分注装置 LabFLEX900				条件により異なる		10～9999，仕様により異なる		400	約86×78×70	約90	構成による	
セントラル科学貿易	Multidrop384 stacker				160プレート/h		5～395	8	80	74×46×61	32	430	小型，迅速，オートクレーブ可 スタッカー(20, 30, 60枚)バルク分注
セントラル科学貿易	マルチドロップ384						5～395	8		31×32×16	6.2	135	
セントラル科学貿易	マイクロフィル						5～300	8		46×38×18	8.9	90	
バイオテック	マルチチャネルピペッター EDR-384 UX			マイクロプレート50枚	マイクロプレート1枚約13秒		0.1～300	96, 384			90	720～	96CH, 384CH 対応 PC ソフト
バイオテック	DNA 分注装置 MODEL-5000						1～20	1, 8		78×52×57		650～	分注確認センサー
バイオテック	マルチステージディスペンスステーション ADS-384-8						0.1～300	96, 384		71×71×93.5	140	1000～	0.1 μL 超微量分注 1536 well plate 対応
バイオテック	テーブルトップディスペンサー EDR-384 S II						0.1～300	96, 384		42×45×54	50	300～	0.1 μL 超微量分注 1536 well plate 対応
バイオテック	コンパクトワークステーション EDR-24 LS						0.5～30	1, 12, 24		52×52×60	40	195×	希釈，サンプリング可能
メディカルジャパン	MS シリーズ		75～100 mm 13～16 ϕ	各種	1：1分注 約330検体/h	NW-7ITF コード39他	10～1,000			約90×75×120（本体のみ）	60		ユニットサイズ変更可能です
メディカルジャパン	高速分注システム		75～100 mm 13～16 ϕ	各種	1：1分注 3,000検体/h	NW-7ITF コード39他	10～1,000			約150×120×120（本体のみ）	150		ユニットサイズ変更可能です

51. 遠心分離器（Centrifugal Apparatus）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	回転数 r.p.m.	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
久保田商事	ハイキャンパシティ冷却遠心機 モデル8730	130	15			4,000	200/12	64×78×86	205	130	大型チューブラック方式の多本架遠心機
久保田商事	ハイキャンパシティ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル5910	68	15			8,500	100/15	50×65×85	110	72	
久保田商事	ハイキャンパシティ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル5930	80	15			8,500	100/15	50×65×85	110	88	
久保田商事	テーブルトップ・多本架遠心機 モデル8420	80	15			6,000	100/15	53×63×37	60	49.8	
久保田商事	テーブルトップ遠心機 モデル4000	68	15			5,800	100/15	44×56×31	36	26	電動ドアロックを採用した，卓上型の最新モデルです
久保田商事	テーブルトップ遠心機 モデル4200	68	15			16.000	100/15	44×56×31	38	35	電動ドアロックを採用し，マイクロローターも高回転で遠心可能
久保田商事	卓上型遠心機 モデル2420	24	15			4.000	100/8	35×42×32	24	16.5	スイングローターが使える小型卓上型の遠心機
久保田商事	プレート専用遠心機 プレートスピン	マイクロプレート6枚				3.500	100/8	35×42×32	26	22	3500 ppm，1370×g で処理できる
セントラル科学貿易	Hemata STAT II	6	毛細管			6.000	100/1	18×13×12	0.6	29.8	1分間，ヘマトクリットリーダー装備
セントラル科学貿易	プラズマプレップ	6	2, 3, 5, 7, 10 mL			7,200	100/1.25	26×38×17.5	9	36.5	2分間，採血管不問，PRP 30秒分離

その他の臨床検査機器

52. マイクロピペット（Micropipette）

会社名	商品名 型式名	分注容量	方式	精度	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	固定・可変	%	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アルフレッサファーマ	フィンピペットデジタルF2		可変					2.75～3.8	
アルフレッサファーマ	フィンピペットデジタルF2 固定型		固定					1.8～2.5	
セントラル科学貿易	自動ピペット DIGIFLEX	2～2,000		±1%	150	17×26×40	12	165～	アベルケンダール前処理に最適

53. 純水自動製造装置（Pure Water System for Automatic Analyzer）

会社名	商品名 型式名	採取容量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		L/h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オルガノ	ピュアライト PRA	15	100/0.7～	30×33×42～	10～	32～	
オルガノ	ピュアライト PRO	40～100	100/2～	35×50×110	80～	96～	
オルガノ	スーパーデサリナーSDA	80	100/15	45×65×140	175	198	
ヴェオリア・ウォーター ソリューション&テクノロジー	MEDICA	7～200	100/1～	55×37×52～	18.5～	40～	
東洋紡エンジニアリング	RO純水製造装置 TRO-iシリーズ	40，60	100/0.8～	38×60×115	80～	105.6～	純水タンク有効　約15L
東洋紡エンジニアリング	RO純水製造装置 TRO-iシリーズ	60	100/0.8～	45×53×130	95～	135～	純水タンク有効　約55L
東洋紡エンジニアリング	RO純水製造装置 TRO-iシリーズ	150	100/1.2～	50×62×177	140～	234～	純水タンク有効　約90L
東洋紡エンジニアリング	連続電気再生式イオン交換純水製造装置　SEDiシリーズ	60～	100/0.8～	45～×53～×130～	130～	230～	連続電気再生式イオン交換（Electro Deionization）モジュールを搭載 必要純水量に応じた機種をご提案致します
日本ミリポア	ElixUV	20～96	100/10	66×44×73	45～	163.9	検査用機器供給用純水製造装置

54. 洗浄器（Washer）

会社名	商品名 型式名	分注容量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
セントラル科学貿易	M384 Atlas Washer/ タイタンスタッカー	50～3,000	126プレート/h		74×56×61	37	595	精密コントロールにより様々なプレートに対応，最小限の残液量，スタッカー付フルオート
セントラル科学貿易	マイクロプレートウォッシャーEL×50	50～3,000			35×40×16.25	8.9	50	プログラムに従って行又は列毎に自動洗浄
バイオテック	オートミニウォッシャー AMW-3	0～3,000	1,000	30	27×49×24	12	80	マイクロプレート8,12
バイオテック	MW-96FR	0～3,000	2,500	30	21×29×31	9	82	低価格タイプ
バイオテック	AMW-96SX	0～3,000	5,000	85	44×49×26	27	280	全自動型
バイオテック	セラウォッシャー AMW-192	50～500	5,000	100	55×55×40	35	375	

バイオテック	AMW-8	50～990			25×33×12	7	50	マイクロプレート 8
バイオテック	MW-96 AR	50～990			30×48×25.1	20	140	
バイオテック	MW-96 CR	50～990			30×48×25.1	25	185	ノズルツマリ防止機能付き

55. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイディエス	分注チップ整列装置 AT-4000 シリーズ	洗浄したディスポチップを，ラックに 1 本づつ整列する装置	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	現在ご使用のラックにセットする事も可能ですので，お問合せ下さい。
アイディエス	サンプルチューブ整列装置 ATF-3000 シリーズ	洗浄したディスポチューブを，ラックに 1 本づつ整列する装置	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	現在ご使用のラックにセットする事も可能ですので，お問合せ下さい。
アイディエス	試験管ナンバリング装置 SNS シリーズ	採血管のバーコードを読み取り，必要な情報を直接インクジェットプリンターにて採血管へ印字し，仕分け搬出する装置	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	数字以外にも，記号，漢字等が印字可能です
アイディエス	自動開栓装置 ACO シリーズ・TSD シリーズ	検体の到着確認，開栓，仕分け搬出が行える装置	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	ゴム栓タイプ=ACO シリーズ シール栓タイプ=TSD シリーズ
アイディエス	検体自走車	搬送ラインの問題点である動線問題を解決する搬送装置	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	
アイディエス	仕分装置	検体仕分業務を自動化する装置	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	
アロカ	ルミネッセンスリーダ AccuFLEX Lumi 400	生物化学発光測定装置(活性酸素，ATP，白血球貪食能などの測定)	約 100	本体約 26×36×25 分注ユニット約 16×20×20	約 10 約 4.3	168	
アロカ	抗酸化能測定キット ラジカルキャッチ/BLR-ALBI-01	食品・飲料・素材などの抗酸化能を測定するためのキット．化学発光法による「高感度で迅速な」測定が可能		約 13×9×6		5	100 テスト/箱
アロカ	ゼオライトマスク/MSK-TYPEGS 3N	抗菌・消臭・保湿サポート機能をもつゼオライトシート GAIACOT を第 1 層に採用し，マスク表面の細菌・ウイルスの移動リスクを低減した高機能マスク		約 9×17.5(1 枚) 約 27×24×37(1 ケース)		3.2	20 枚入り/箱 10 箱入り/1 ケース(200 枚)
ウエルコ	WPX 1 シリーズ	小型高性能チューブポンプ	300 mA 以下		130 g	標準 ¥9800	
ウエルコ	WP 1000 シリーズ	中型高性能チューブポンプ	300 mA 以下		180 g	標準 ¥12800	
エンプラス	マイクロ流路チップ	バイオチップの設計，試作，量産，品質保証までを対応いたします。特に量産性を加味した最適設計が強みです。					仕様に応じ設計いたします
エンプラス	マイクロ流路モデルチップ	電気泳動，試薬混合，光学検出など，マイクロ流路チップの基礎検討を行うことができる，モデル流路チップです。					仕様に応じ設計の変更可
積水メディカル	滅菌済みプラスチック真空採血管 インセパック II シリーズ インセパック II—D	安全性，機能性，使いやすさを追求。採血，検査の現場で業務の効率を高めます。					
積水メディカル	滅菌済みプラスチック真空採血管 インセパック II シリーズ インセパック II—ST	安全性を重視したオーバーキャップを採用し，血液飛散による感染リスクを抑制。					
セントラル科学貿易	ディスポ製品	高品質ディスポ製品をリーズナブルな価格で提供．(ピペットチップ，テストチューブ，スポイト，白金耳)					
テクノメディカ	PIS 患者認識システム	PIS はバーコードと携帯端末の活用で患者さん取り違え，点滴ミスなどの事故を防ぎ，確実・正確な医療業務の遂行を支援するシステムです。					各施設に合わせたシステム構築が可能です。
テクノメディカ	StatVein	赤外線と可視光により静脈を瞬時にスキャンする視認性抜群の静脈可視化装置です。	3.7 V/ 2400 mA	5×6×20	0.275	98	中央採血室や処置室はもちろん，持ち運びも自由なため，幅広く御使用頂けます。
日本ポール	血漿分離膜	全血を血漿に分離します。					
日本ポール	タンパク質 固定化メンブレン	高い比表面積を持ち，抗原，抗体その他タンパク質の固定を実現します。					
日本ポール	コンジュゲートパッド， 吸収パッド	新たにタンパク質非吸着タイプ，さまざまな厚さの高強度タイプ製品を揃えました。					
日本ミリポア	Hi-Flow Plus	イムノクロマトグラフィー用各種部材					

メレック	パルスジェネレーターIC MCC 08	2軸/チップ，出力周波数　1 Hz～6.5 Hz，補間制御 MCC 08，MCC 07との互換性（ピン配列，コマンド互換）	DC+3.3 V/ 90 mA	100 PIN LQFP,0.5 mmピッチ/16.0×16.0×1.60 mm		参考価格 1,300円/60パッケージ	ローコスト
メレック	パルスジェネレーターIC MCC 07	2軸/チップ，出力周波数　1 Hz～6.5 Hz，補間制御 MCC 08，MCC 07との互換性（ピン配列，コマンド互換）	DC+3.3 V/ 130 mA	100 PIN QFP,0.5 mmピッチ/16.0×16.0×1.70 mm		参考価格 2,000円/60パッケージ	ハイスペック
メレック	2相ステッピングモータドライバ ADB-2 F 40 B	バイポーラ駆動 0.63 A～2.5 A/相，20,000 P/R，低振動，ハイタクト	DC+24 V/ 2.7 A	58×75×32(mm)	0.11		
メレック	2相ステッピングモータドライバ ADB-2 F 50 B	バイポーラ駆動 0.9 A～3.6 A/相，20,000 P/R，低振動，ハイタクト	DC+24 V/ 3.8 A	58×75×32(mm)	0.11		
メレック	2相ステッピングモータドライバ ADB-2 F 60 B	バイポーラ駆動 1.15～4.6 A/相，20,000 P/R MAX，低振動，ハイタクト，高トルク	DC+24 V/ 4.8 A	68×85×36(mm)	0.13		
メレック	2相ステッピングモータドライバ(2軸仕様) ADB-2 F 12 DB	バイポーラ駆動2軸独立仕様，0.2 A～0.35 A/相，6,400 P/R MAX，小型，低振動，駆動電圧切替機能	DC+24 V/ 0.8 A	58×72×36(mm)	0.1		
メレック	2相ステッピングモータドライバ(2軸仕様) ADB-2 F 32 DB	バイポーラ駆動2軸独立仕様，0.38 A～1.5/相，20,000 P/R MAX，小型，低振動	DC+24 V/ 3.3 A	66×90×31(mm)	0.15		
メレック	2相ステッピングモータドライバ(2軸仕様) ADB-2 F 42 DB	バイポーラ駆動2軸独立仕様，0.63 A～2.5 A/相，20,000 P/R MAX，小型，低振動	DC+24 V/ 3.3 A	66×90×31(mm)	0.15		
メレック	2相ステッピングモータドライバ(2軸仕様) DH 334/ADB-2 F 11 DB	バイポーラ駆動2軸独立仕様，0.2 A～0.35 A/相，6,400 P/R MAX，小型，低振動，駆動電圧切替機能	DC+24 V/ 0.8 A	70×49.5×41.5(mm)	0.1		準標準品
メレック	2相ステッピングモータドライバ(2軸仕様) DH 329/ADB-2 F 31 DB	バイポーラ駆動2軸独立仕様，0.38 A～1.5/相，6,400 P/R MAX，小型，低振動	DC+24 V/ 3.3 A	66×90×31(mm)	0.15		準標準品
メレック	2相ステッピングモータドライバ(2軸仕様) DH 330/ADB-2 F 41 DB	バイポーラ駆動2軸独立仕様，0.63 A～2.5 A/相，6,400 P/R MAX，小型，低振動	DC+24 V/ 3.3 A	66×90×31(mm)	0.15		準標準品
メレック	2相ステッピングモータドライバ ADB-2 F 45 U	ユニポーラ駆動 0.5 A～2.0 A/相，20,000 P/R MAX，低振動	DC+24 V/ 2.7 A	58×75×32(mm)	0.11		CE マーキング宣言
メレック	5相ステッピングモータドライバ ADB-5 F 30 V I	0.35/0.75 (A/相)，20,000 P/R MAX，小型，低振動	DC+24 V, 1.3 A	57×65×29(mm)	0.1		CE マーキング宣言
メレック	5相ステッピングモータドライバ ADB-5 F 40	0.75/1.4 (A/相)，20,000 P/R MAX，小型，低振動	DC+24 V, 2.0 A	57×65×29(mm)	0.1		CE マーキング宣言
メレック	5相ステッピングモータドライバ GDB-5 F 30 V I	0.3～0.75(A/相)，2,000,000 P/R MAX，小型，超低振動，高分解能	DC+24 V, 1.5 A	75×65×29(mm)	0.15		CE マーキング宣言
メレック	5相ステッピングモータドライバ GDB-5 F 40	0.3～1.35(A/相)，2,000,000 P/R MAX，小型，超低振動，高分解能	DC+24 V, 2.0 A	75×65×29(mm)	0.17		CE マーキング宣言
メレック	5相ステッピングモータドライバ GDB-5 F 60	1.5～3.0 (A/相)，400,000 P/R MAX，ハイタクト，高トルク	DC+24 V, 4.5 A	75×100×39(mm)	0.3		CE マーキング宣言
メレック	5相ステッピングモータドライバ GD-5410	0.3～1.35 (A/相)，欧州規格，UL 規格に適合 400,000 P/R MAX，小型，超低振動，高分解能	AC 100 V-AC 115 V, 220 V	130×124×55(mm)	0.55		テュフ認証，UL 認証，CE マーキング宣言
メレック	5相ステッピングモータドライバ GD-5510 E	0.3～1.35 (A/相)，欧州規格，UL 規格に適合 400,000 P/R MAX，小型，超低振動，高分解能	AC 100 V-AC 230 V, 420 V	140×134.5×64(mm)	0.8		テュフ認証，UL 認証，CE マーキング宣言
メレック	PCI バスモーションコントローラボード C-VX 870	4 軸制御ボード　出力周波数　0.1 Hz～6.5 Hz，補間制御 (直線補間，円弧補間)	DC+5 V, 1.0 A	107×170×17			
メレック	PCI バスモーションコントローラボード C-VX 871	6 軸制御ボード　出力周波数　0.1 Hz～6.5 Hz，補間制御 (直線補間，円弧補間)	DC+5 V, 1.2 A	107×170×17			
メレック	PCI バスモーションコントローラボード C-VX 872	8 軸制御ボード　出力周波数　0.1 Hz～6.5 Hz，補間制御 (直線補間，円弧補間)	DC+5 V, 1.6 A	107×170×17			
メレック	PCI バスモーションコントローラボード C-VX 873	12 軸制御ボード 出力周波数　0.1 Hz～6.5 Hz，補間制御 (直線補間，円弧補間)	DC+5 V, 1.8 A	107×170×17			
メレック	PCI Express バスコントローラボード C-VX 870 E	4 軸制御ボード　出力周波数　0.1 Hz～6.5 Hz，補間制御 (直線補間，円弧補間)	DC+3.3 V, 1.4 A	107×170×17			
メレック	PCI Express バスコントローラボード C-VX 871 E	6 軸制御ボード　出力周波数　0.1 Hz～6.5 Hz，補間制御 (直線補間，円弧補間)	DC+3.3 V, 1.6 A	107×170×17			
メレック	PCI バスモーションコントローラボード DH 314-00/C-VX 870	4 軸制御ボード　出力周波数　0.1 Hz～20 MHz，補間制御 (直線補間，円弧補間)	DC+5 V, 1.0 A	107×170×17			出力周波数 20 MHzMAX
メレック	PCI バスモーションコントローラボード DH 315-00/C-VX 870	4 軸制御ボード　出力周波数　0.1 Hz～6.5 Hz，補間制御，320 点×2 コンパレーターレジスタ	DC+5 V, 1.0 A	107×170×17			
ユーケンサイエンス	ディスポーザブル消耗品	国内工場にて製造した高品質なディスポーザブル消耗品					

体外診断用医薬品

生化学（1）

会社名 / 項目名	アボットジャパン	アルフレッサファーマ	エイアンドティー	栄研化学	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	ベックマン・コールター	カイノス	関東化学	協和メデックス	極東製薬工業
AST(ALT)		JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠	JSCC 標準化	JSCC 標準化対応法，他 1	JSCC 対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応　液状試薬	JSCC 標準化対応法
ALP		JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠	JSCC 標準化	JSCC 標準化対応法，他 1	JSCC 対応法 EAE バッファ	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応　液状試薬	JSCC 標準化対応法
γ-GTP		JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠	JSCC 標準化	JSCC 標準化対応法，他 1	IFCC 対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応　液状試薬	JSCC 標準化対応法
CHE				JSCC 標準化	チオコリン法/ヨウ化ブチリルチオコリン法	JSCC 対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	P-ヒドロキシベンゾイルコリン　液状試薬	JSCC 標準化対応法
LDH		JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠	JSCC 標準化	JSCC 標準化対応法，他 1	IFCC 対応法	JSCC 標準化対応法，他 1	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応液状試薬，他 1	JSCC 標準化対応法
TP		ビウレット法		ビウレット法	ビューレット法	ビューレット法	ビウレット法	ビューレット法(2 試薬系)	ビウレット法	ビウレット法
Alb		BCG 法		BCG 法/BCP 改良法	BCG 法	BCG 法	BCP 改良法	BCP 改良法/BCG 法	BCG 法	BCG 法
T-Bil		酵素法		酵素法	ジアゾ法	ジアゾ法 酵素法	酵素法	酵素法（ユニチカ）		
D-Bil		酵素法		酵素法			酵素法	酵素法（ユニチカ）		
TBA							酵素サイクリング法			
NH_3					アンモニア指示薬法			酵素サイクリング法		
AMY		GAL-G5-4NP 法	G3-CNP 法	JSCC 標準化	色素アミロペクチン法	E-G7-PNP 基質法	G3-CNP 法	JSCC 標準化対応法	Gal-G2-CNP 法　液状試薬	JSCC 標準化対応法
リパーゼ		カラーレイト合成基質法					カラーレート法		DGGMR 基質液状試薬	
ACP					α-ナフチルリン酸法					
CK		JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠	JSCC 標準化	JSCC 標準化対応法，他 1	JSCC 対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応 液状試薬	JSCC 標準化対応法
LCAT		酵素法								
LAP				L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法		L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法	L-ロイシン・PNA 基質法，他 2	Lue-PNA 基質法	GSCC 標準化対応液状試薬，他 1	L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法
3-HB							酵素サイクリング法			
TKB							酵素サイクリング法			
AMY アイソザイム				免疫阻害法/P-AMY				免疫阻害法	免疫阻害法 Gal-G2-CNP 法 液状試薬	
LDH アイソザイム		ジアホラーゼ・NTB 法								
CK アイソザイム	MEIA 法 CLIA 法	免疫阻害法		EIA/免疫阻害法/P-AMY	免疫阻害法 CK-MB,CLEIA 法			免疫阻害法	化学発光イムノアッセイ法	
UN		酵素法	酵素法	ウレアーゼ/GLDH 法	ウレアーゼ・アンモニア指示薬法	ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ UV 法 アンモニア消去法	ウレアーゼ LED 回避法	ウレアーゼ・GLDH 法　液状試薬，他 1	GLDH 法
UA		酵素法	酵素法	ウリカーゼ/POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ POD 法	ウリカーゼ・POD 法　液状試薬	ウリカーゼ・POD 法
CRE		酵素法	酵素法	酵素法	酵素法	酵素法	酵素法	酵素法	ザルコシンオキシダーゼ法　液状試薬	ザルコシンオキシダーゼ法
CR							酵素法			

シスタチンC		金コロイド比色法		LIA 法						ラテックス比濁法
Glu			GOD 固定化酵素膜電極法	ヘキソキナーゼ G6PD 法	GOD・POD 色素法	ヘキソキナーゼ・G6PDH 法	ヘキソキナーゼ UV 法	ブドウ糖脱水素酵素法	GLck-NADPHUV 法 液状試薬	HK-G-6-PDH 法
HbA_{1c}				酵素法 HPLC	免疫阻害比濁法	ラテックス凝集反応法			ラテックス免疫法	
1,5 AG							酵素法		AG6P-DH, DIP(ホルマザン)液状試薬	
U-GL							ブドウ糖脱水素酵素法			
GA									酵素法 液状試薬 糖化アミノ酸消去	
乳酸					乳酸酸化酵素 POD 色素法				LAOD-POD 法	
ピルビン酸									PAOD-POD 法	
ALD		UV・酵素法								
TG		酵素法	酵素法	酵素法/遊離グリセロール消去法	酵素法	CHOD/PAP 法	酵素法(グリセロール消去法)	グリセロール消去酵素比色法	FG 消去法 酵素法 液状試薬	酵素法
PL		酵素法		酵素法					PLD-POD 法 液状試薬	
NEFA		酵素法		酵素法					ACS-ACO-POD 高感度発色剤 BCMA	
T-CHO		酵素法	酵素法	酵素法	COE・COD・POD 色素法	CHOD/PAP 法	コレステロール酸化酵素比色法	コレステロール酸化酵素法	CHER-CHOD-POD 液状試薬	酵素法
F-CHO				酵素法					CHOD・POD 液状試薬	
HDL-CHO			直接法	直接法	直接法		直接法		直接法	直接法
LDL-CHO			直接法	直接法	比色法		直接法		直接法	直接法
Na			イオン選択電極法		ISE 直接法					
K			イオン選択電極法		ISE 直接法					
Cl			イオン選択電極法		ISE 直接法					
HCO_3					酵素法					
Ca		OCPC法		酵素法	アルセナゾIII色素法	OCPC 法	アルセナゾIII法	クロロホスホナゾIII比色法/OCPC 法		
Mg		マグノレッド法			色素法	キシリジルブルー法	酵素法	キシリジルブルー法	GK-GGPDH UV 法 液状試薬	
IP				酵素法	リンモリブデン酸比色法	モリブデン酸直接法	酵素法	酵素法	PNP-XOD-POD 液状試薬	酵素法
Fe				Nitroso-PSAP 法	アゾピリジン色素法	ニトロソ-PSAP 法	ニトロソ-PSAP 法	Nitroso-PSAP 法	ニトロソ-PSAP 法 液状試薬	Nitroso-PSAP 法
UIBC				Nitroso-PSAP 法		ニトロソ-PSAP 法	ニトロソ-PSAP 法	Nitroso-PSAP 法	ニトロソ-PSAP 法 液状試薬	Nitroso-PSAP 法
尿中微量アルブミン				LIA 法	免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁法		免疫比濁法

生化学（2）

会社名 / 項目名	シーメンスHCD-1	シーメンスHCD-2	シスメックス	積水メディカル	デンカ生研	東芝メディカルシステムズ	東ソー	ニットーボーメディカル	ニプロ	三菱化学メディエンス
AST(ALT)	IFCC 標準化対応法	IFCC法/JSCC法準拠	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法		JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法
ALP	IFCC 標準化対応法	IFCC法/JSCC法準拠	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法		JSCC標準化対応法		JSCC標準化対応法
γ-GTP	IFCC 標準化対応法	IFCC法準拠	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法		JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法
CHE	プロピオニルチオコリン基質法	グチリルチオコリン法/ヨウ化メチルチオコリン/JSCC法準拠	JSCC標準化対応法	3,4-ジヒドロキシベンゾイルコリン基質法	JSCC標準化対応法	合成基質法		JSCC標準化対応法	ベンゾイルコリン基質法	JSCC標準化対応法
LDH	L→P UV法	Wacker変法/JSCC法準拠/IFCC法準拠	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法		JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法
ADA					UV-Rate法			UV-Rate法		
TP	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法
Alb	BCG法	BCP法	BCG法	BCG法 BCP法	BCG法	BCG法		BCP改良法/BCG法	BCG法 BCP法	BCG法
T-Bil	ジアゾ法	ジアゾ法/バナジン酸法	酵素法	酵素法	酵素法	亜硝酸酸化法		亜硝酸酸化法	ジアゾ法	酵素法
D-Bil		ジアゾ法/バナジン酸法	酵素法	酵素法	酵素法	亜硝酸酸化法		亜硝酸酸化法	ジアゾ法	
胆汁酸及び分画				酵素サイクリング法						
NH_3		GLDH・UV法						UV法		
AMY	G3-CNP法	G3CNP法	Gal-G5-PNP法	Gal-G2-CNP基質法，JSCC標準化対応	JSCC標準化対応法	合成基質法		ガラクトシル-G5-PNP法	Gal-G2-CNP法	JSCC標準化対応法，B-G5-β-CNP法，他1
エラスターゼ1										ラテックス免疫比濁法
P-AMP			阻害抗体法					免疫阻害法		
ACP		TMP基質法						DCAP-P基質法		
CK	IFCC 標準化対応法	Oliver-Rosalki変法/JSCC法準拠/IFCC法準拠	JSCC標準化対応法	JSCC勧告法準拠	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法		JSCC標準化対応法	IFCC法	JSCC標準化対応法
LCAT				真鍋・板倉法						
LAP		PNA基質法	PNA法	L-ロイシルPNA基質法	L-Leucyl-P-NA法	合成基質法		L-ロイシル-P-アニリド法		
AMYアイソザイム				Gal-G2-CNP基質法						免疫阻害法P-AMY
LDHアイソザイム			プロテアーゼ阻害法							
CKアイソザイム		免疫阻害法/EIA(マスCKMB)化学発光法	阻害抗体法	免疫阻害法			EIA法 CK-MB	免疫阻害法，CK-MB		免疫阻害法 CK-MB
UN	GLDH法	ウレアーゼ・GLDH法	Urease-GLDH法	ウレアーゼUV法/LED回避	ウレアーゼ・GLDH法	ウレアーゼ・GLDH法		ウレアーゼ・GLDH法	ウレアLeuDH法(ダブルカイネティック法)	ウレアーゼ・UV法，他2
UA	ウリカーゼPOD法	ウリカーゼ・UV法	ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法	ウリカーゼPOD法	酵素法	ウリカーゼ・POD法		ウリカーゼ・POD法	ウリカーゼ・POD法	酵素法
CRE	Jaffe法	ヤッフェ・レート法/酵素法	酵素法	酵素法	酵素法：カラー法	酵素法		酵素法	酵素法	酵素法
NAG								MPT-NAG基質法		

シスタチンC		NIA 法		ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集法		EIA 法	免疫比濁法(LA 法)		
Glu	ヘキソキナーゼ法	HK 法	HK 法	ヘキソキナーゼ法	HK-G 6 PD 法	HK-G6PD 法		ヘキソキナーゼ UV 法	HK 法	酵素法
HbA_{1c}		免疫学的方法		酵素法	ラテックス免疫凝集法		HPLC 法			酵素法
乳酸		酵素法						酵素法		
ALD				酵素法						
TG	酵素比色法	酵素法，グリセリン末消去法	HK-UV 法	酵素法	酵素法	酵素法		酵素法（フリーグリセロール消去法）	LPL-GK-GPO-POD 酵素法	酵素法
PL	酵素法	酵素法		酵素法	酵素法	酵素法			フォスフォリパーゼ D 酵素法	酵素法
NEFA				酵素法						酵素法
T-CHO	酵素法	酵素法	CDH-UV 法	酵素法	酵素法	酵素法		酵素法（POD 法）	COE-COD-POD 法	酵素法
F-CHO				酵素法						
HDL-CHO	デキストラン硫酸 Mg 沈殿法	直接法	選択酵素阻害法	直接法	直接法	直接法		直接法		直接法
LDL-CHO		直接法	選択的保護法	酵素的測定法	直接法	直接法		直接法		直接法
Na	電極法	イオン選択性電極法	電極法	イオン選択電極法		イオン選択電極法				
K	電極法	イオン選択性電極法	電極法	イオン選択電極法		イオン選択電極法				
Cl	電極法，他 1	イオン選択性電極法	電極法	イオン選択電極法		イオン選択電極法				
Ca	OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法		OCPC 法，CPZ-III法	アルセナゾIII法	CPZ III法，OCPC 法
Mg	キシリジルブルー法	メチルチモールブルー法	酵素法	キシリジルブルー法	酵素法	酵素法		酵素法		酵素法
IP	モリブデン酸 UV 法	モリブデン酸 UV 法/酵素法	酵素法	フィスケ・サバロー変法	酵素法	酵素法		酵素法	酵素法	酵素法
Fe	直接比色法	Ferene 法	ニトロソ-PSAP 法			ニトロソ-PSAP 法		ニトロソ-PSAP 法		NPS 法
UIBC			ニトロソ-PSAP 法			ニトロソ-PSAP 法		ニトロソ-PSAP 法		NPS 法
TIBC		Ferene 法								
尿中マイクロトランスフェリン								免疫比濁法(LA 法)		
尿中微量アルブミン	免疫比濁法	NIA 法，TIA 法，PETINIA 法	免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法	免疫比濁法			免疫比濁法(TIA 法)		免疫比濁法，他 1
尿中ミオイノシトール				酵素サイクリング法						
グリコアルブミン				酵素法						

生化学（3）

会社名 / 項目名	ミズホメディー	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業							
AST(ALT)		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応，他 1							
ALP	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応，他 1							
γ-GTP	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応，他 1							
CHE		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応，他 1							
LDH		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法							
TP	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法							
Alb	BCG 法	BCG 法，BCP 改良法	BCG 法，改良 BCP 法							
T-Bil		酵素法	バナジン酸法							
胆汁酸及び分画			酵素法							
NH_3		酵素法	藤井奥田法変法							
AMY	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応，他 1							
エラスターゼ 1										
CK	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応，他 1							
LAP	PNP 基質法	GSCC 対応法	4 NA							
AMY アイソザイム		免疫阻害法 P-AMY	免疫阻害法 P-AMY							
CK アイソザイム		免疫阻害法 CK-MB	免疫阻害法 CK-MB，他 1							
UN	アンモニア消去法	ウレアーゼ UV 法 アンモニア消去法	アンモニア消去法，他 1							
UA	ウリカーゼ・POD 法	酵素法	ウリカーゼ・POD 法							
CRE	クレアチニナーゼ POD 法	酵素法	酵素法，他 1							
NAG		MPT - NAG 基質法	4 HP-NAG 基質法							
Glu	HK・UV 法	酵素法（HK/G 6 PDH 法）	ヘキソキナーゼ・UV 法，他 1							
HbA_{1c}		免疫阻害比濁法	免疫阻害比濁法							
ALD			UV レート法							
TG	GK・G3POD 法（グリセロール消去）	酵素法	グリセリン消去法，他 1							
PL	酵素比色法		酵素法							
NEFA			酵素法							

T-CHO	コレステロールオキシダーゼ法	酵素法	酵素法							
HDL-CHO	化学修飾酵素法	化学修飾酵素法	選択消去法，他1							
LDL-CHO	選択的可溶化法	選択的可溶化法	選択消去法，他1							
Na		電極法	イオン選択電極法							
K		電極法	イオン選択電極法							
Cl		電極法	イオン選択電極法							
Ca	OCPC 法	OCPC 法	MXB 法，他1							
Mg		クロロホスオーナゾIII法	酵素法，他1							
IP	酵素法	モリブデン酸アンモニウム法	酵素法，他1							
Fe		ニトロソ PSAP 法	バソフェナントロリン法，他1							
UIBC		ニトロソ PSAP 法	バソフェナントロリン法，他1							
Cu										
尿中微量アルブミン		免疫比濁法	免疫比濁法							

免疫血清（1）

会社名 / 項目名	アボットジャパン	アルフレッサファーマ	医学生物学研究所	エイアンドティー	栄研化学	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	ベックマン・コールター	カイノス	関東化学	協和メデックス
IgG					LIA 法 TIA 法	免疫比濁法	TIA 法	免疫比濁法		
IgA					LIA 法 TIA 法	免疫比濁法	TIA 法	免疫比濁法		
IgM					LIA 法 TIA 法	免疫比濁法	TIA 法	免疫比濁法		
IgD					LIA 法		TIA 法			
IgE	MEIA 法				LIA 法 EIA 法		TIA 法			化学発光イムノアッセイ法
C3・C4					LIA 法 TIA 法	免疫比濁法	TIA 法	免疫比濁法		
SAA					LIA 法					
Hbt					LIA 法					
α_1AG					LIA 法					
α_1AT					LIA 法	免疫比濁法				
α_1M					LIA 法					
Tf					LIA 法	免疫比濁法	TIA 法			
ミオグロビン	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法	化学発光イムノアッセイ法
トロポニンI	CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法
トロポニンT										化学発光イムノアッセイ法
CRP			ラテックス凝集法	LIA 法	LIA 法	免疫比濁法	ラテックス法	ラテックス免疫比濁法　免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法	免疫比濁法
フェリチン	MEIA 法 CLIA 法	金コロイド凝集法			EIA 法 LIA 法 CLEIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法
β-Lipo							TIA 法	免疫比濁法		
Lp(a)					LIA 法		TIA 法			
RLP-C										直接法
ApoA-I					TIA 法	免疫比濁法	TIA 法			
ApoA-II					TIA 法		TIA 法			
ApoB					TIA 法	免疫比濁法	TIA 法			
ApoC-II					TIA 法					
ApoC-III					TIA 法					
ApoE					TIA 法					

β_2-M	MEIA 法			LIA 法	EIA 法 LIA 法					ラテックス凝集積分球濁度法
インスリン	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法 LIA 法		CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法	化学発光イムノアッセイ法
C-ペプチド	CLIA 法				EIA 法					化学発光イムノアッセイ法
LH	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法		イムノクロマト法	化学発光イムノアッセイ法
FSH	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法
プロラクチン	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法
TSH	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法 ELISA 法	CLEIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法		化学発光イムノアッセイ法
T_3・T_4	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法
FT_3・FT_4	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法 ELISA 法	CLEIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法		化学発光イムノアッセイ法
T_3U						CLEIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法
TgAb・TPOAb			ELISA 法		EIA 法			ELISA 法		化学発光イムノアッセイ法
TPAb	CLIA 法 FPIA 法									
コルチゾール	CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法
17-OHP					ELISA 法					
プロゲステロン	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法
テストステロン	CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法
hCG					LIA 法 EIA 法 用手法				イムノクロマト法	
β-hCG	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法			
E_2	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法
E_3					LIA 法					
hPL					LIA 法					
BNP	CLIA 法				EIA 法					化学発光イムノアッセイ法
$NT\text{-}_{pro}BNP$						CLEIA 法				
HGH					EIA 法		CLEIA 法			
梅毒反応	CLIA 法			LIA 法	LIA 法 CLEIA 法 用手法	イムノクロマト法		ラテックス免疫比濁法，TPLA 法，CLEIA 法		
クラミジア (Ag・Ab)			ELISA 法					ELISA 法	イムノクロマト法	EIA，プレート法
ASO					LIA 法		ラテックス法	ラテックス免疫比濁法，免疫比濁法		
HA（AD）	MEIA 法 CLIA 法									
HBs(Ag・Ab)	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法 CLEIA 法	CLEIA 法，他		CLEIA 法		化学発光イムノアッセイ法

HBe(Ag・Ab)	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法，他				化学発光イムノアッセイ法
HBcAb	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法，他				化学発光イムノアッセイ法
HBcIgMAb	MEIA 法 CLIA 法 RIA 法					CLEIA 法，他				化学発光イムノアッセイ法
HAVIgMAb	MEIA 法 CLIA 法					CLEIA 法，他				
HCV(Ag)	CLIA 法				CLEIA 法	CLEIA 法，他				
HCV(Ab)	MEIA 法 CLIA 法 PHA 法				EIA 法 CLEIA 法	CLEIA 法 IRMA 法，他 4		CLEIA 法		
HIV(Ab)	MEIA 法 イムノクロマト法					CLEIA 法				
AFP	MEIA 法 CLIA 法	金コロイド比色法			EIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法		化学発光イムノアッセイ法
CEA	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法		化学発光イムノアッセイ法
SCC	MEIA 法 CLIA 法									
NSE					RIA 法					
PAP					EIA 法 RIA 法					
PSA	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法 ELISA 法 LIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法	化学発光イムノアッセイ法
FPSA	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法		CLEIA 法			
CPSA										化学発光イムノアッセイ法
γ-Sm			ELISA 法							
CA 19-9	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法 CLEIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法		化学発光イムノアッセイ法
DU-PAN 2										EIA・プレート法
CA 15-3	MEIA 法 CLIA 法			LIA 法	EIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法			化学発光イムノアッセイ法
CA 125	MEIA 法 CLIA 法				EIA 法 CLEIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法		化学発光イムノアッセイ法
ペプシノーゲンI	CLIA 法				LIA 法 ELISA 法 CLEIA 法				ラテックス免疫比濁法	EIA・プレート法
ペプシノーゲンII	CLIA 法				LIA 法 ELISA 法 CLEIA 法				ラテックス免疫比濁法	EIA・プレート法
RF			ラテックス凝集法 ELISA 法		LIA 法		TIA 法	ラテックス免疫比濁法　免疫比濁法	免疫比濁法	
Strep A								イムノクロマト法	イムノクロマト法	
インフルエンザ								イムノクロマト法		
抗核抗体			ELISA 法 間接蛍光抗体法	LIA 法						
抗ミトコンドリア抗体			ELISA 法 間接蛍光抗体法							
抗 LKM-1 抗体			ELISA 法 間接蛍光抗体法							
抗 Dsg 抗体			ELISA 法							

抗リン脂質抗体			ELISA 法							
ANCA			ELISA 法 間接蛍光抗体法							
抗酸菌抗体										EIA・プレート法
H・pylori 抗体		ELISA 法			ELISA 法 CLEIA 法					
糞便ヘモグロビン(便潜血)		金コロイド比色法			LIA 法					ラテックス免疫法

免疫血清（2）

会社名 / 項目名	極東製薬工業	シーメンス HCD -1	シーメンス HCD -2	シスメックス	常光	積水メディカル	デンカ生研	東芝メディカルシステムズ	東ソー	日水製薬
IgG		免疫比濁法	NIA 法，TIA 法				免疫比濁法			
IgA		免疫比濁法	NIA 法，TIA 法				免疫比濁法			
IgM		免疫比濁法	NIA 法，TIA 法				免疫比濁法			
IgE		CLIA 法	CLEIA 法 NIA 法	PCIA 法			ラテックス凝集法	LIA 法	EIA 法	EIA 法
特異 IgE		CLIA 法								
C 3・C 4		免疫比濁法	NIA 法 TIA 法				免疫比濁法			
ミオグロビン	ラテックス比濁法 イムノクロマト法	CLIA 法	NIA 法 TIA 法 化学発光法				ラテックス凝集法		EIA 法	EIA 法 蛍光免疫法
トロポニン I		CLIA 法	EIA 法 化学発光法						EIA 法	EIA 法
トロポニン T										
CRP	ラテックス比濁法	免疫比濁法	NIA 法，TIA 法 LA 法	ラテックス凝集法		ラテックス免疫比濁法	ラテックス凝集法	LIA 法		LIA 法， 蛍光免疫法
フェリチン	ラテックス比濁法	CLEIA 法	NIA 法 CLEIA 法 EIA 法，化学発光法	EIA 法，PCIA 法， CLEIA 法			ラテックス凝集法	LIA 法	EIA 法	EIA 法
β-Lipo			TIA 法			ヘパリン比濁法				
Lp(a)			NIA 法			免疫比濁法	ラテックス凝集法			
RLP-C										
ApoA-Ⅰ			NIA 法			免疫比濁法				
ApoA-Ⅱ			NIA 法			免疫比濁法				
ApoB			NIA 法			免疫比濁法				
ApoC-Ⅱ						免疫比濁法				
ApoC-Ⅲ						免疫比濁法				
ApoE			NIA 法		等電点電気泳動アイソホーム法	免疫比濁法				

LPL						ELISA 法				
酸化 LDL						ELISA 法				
β_2-M	ラテックス比濁法	CLEIA 法	NIA 法 CLEIA 法	PCIA 法		ELISA 法	ラテックス凝集法		EIA 法	EIA 法
インスリン		CLIA 法	CLEIA 法	EIA 法, PCIA 法, CLEIA 法					EIA 法	EIA 法
C-ペプチド		CLIA 法	CLEIA 法						EIA 法	EIA 法
GH									EIA 法	EIA 法
LH		CLIA 法	CLEIA 法						EIA 法	EIA 法, 蛍光免疫法
FSH		CLIA 法	CLEIA 法						EIA 法	EIA 法, 蛍光免疫法
プロラクチン		CLIA 法	CLEIA 法						EIA 法	EIA 法, 蛍光免疫法
TSH		CLIA 法	CLEIA 法 EIA 法 化学発光法	CLEIA 法					EIA 法	EIA 法
T_3・T_4		CLIA 法	CLEIA 法 EIA 法						EIA 法	EIA 法
FT_3・FT_4		CLIA 法	CLEIA 法 EIA 法 化学発光法	CLEIA 法					EIA 法	EIA 法
T_3U										
TgAb・TPOAb		CLIA 法							EIA 法	EIA 法
抗 TPO		CLIA 法								EIA 法
インタクト PTH		CLIA 法	CLEIA 法						EIA 法	EIA 法
コルチゾール		CLIA 法							EIA 法	EIA 法
カテコールアミン									HPLC 法	
プロゲステロン		CLIA 法							EIA 法	EIA 法, 蛍光免疫法
テストステロン		CLIA 法							EIA 法	EIA 法
hCG		CLIA 法							EIA 法	EIA 法, 蛍光免疫法
β-hCG			EIA 法 化学発光法						EIA 法	EIA 法
E_2		CLIA 法							EIA 法	EIA 法, 蛍光免疫法
BNP						イムノクロマト法			EIA 法	EIA 法
梅毒反応	ラテックス比濁法		EIA 法, NIA 法 CLEIA 法	EIA 法, RPHA 法, PCIA 法, CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法				蛍光免疫法
クラミジア (Ag・Ab)	ELISA 法									
ASO	ラテックス比濁法		NIA 法, TIA 法 LA 法	ラテックス凝集法			ラテックス凝集法	LIA 法		
HBs (Ag・Ab)	PHA 法, RPHA 法	CLIA 法	EIA 法 CLEIA 法	EIA 法, PCIA 法, CLEIA 法					EIA 法	EIA 法
HBe (Ag・Ab)			EIA 法 CLEIA 法	EIA 法, PCIA 法, CLEIA 法					EIA 法	蛍光免疫法

HBcAb		CLIA 法	EIA 法 CLEIA 法	EIA 法, PCIA 法, CLEIA 法					EIA 法	EIA 法
HBcIgMAb		CLIA 法	EIA 法							
HCV(Ab)		CLIA 法		EIA 法, PCIA 法, CLEIA 法					EIA 法	蛍光免疫法(Ab)
HIV(Ab)			EIA 法	PCIA 法, CLEIA 法						
HTLV-1				PCIA 法, CLEIA 法						
AFP		CLIA 法	CLEIA 法	EIA 法, PCIA 法, CLEIA 法			ラテックス凝集法	LIA 法	EIA 法	EIA 法
CEA		CLIA 法	CLEIA 法	EIA 法, PCIA 法, CLEIA 法					EIA 法	EIA 法
HER-2/neu		CLIA 法			FISH 法					
NSE			CLEIA 法							
PAP									EIA 法	EIA 法
PSA		CLIA 法	CLEIA 法 EIA 法	EIA 法, PCIA 法, CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法			EIA 法	EIA 法
FPSA			EIA 法						EIA 法	EIA 法
CPSA		CLIA 法								
CA 19-9		CLIA 法	CLEIA 法	EIA 法, CLEIA 法					EIA 法	EIA 法
DU-PAN 2										
CA 15-3		CLIA 法							EIA 法	EIA 法
CA 125		CLIA 法	CLEIA 法	CLEIA 法					EIA 法	EIA 法
ペプシノーゲンI										
ペプシノーゲンII										
RF	ラテックス比濁法		EIA 法, NIA 法 CLEIA 法	ラテックス凝集法			ラテックス凝集法	LIA 法		LIA 法
抗酸菌抗体										
H・pylori 抗体		EIA 法	CLEIA 法	ウレアーゼ法		ラテックス凝集法				
糞便ヘモグロビン(便潜血)		MPA 法		ラテックス法						
MMP-3						ラテックス免疫比濁法				
アデノウィルス	イムノクロマト法					イムノクロマト法	イムノクロマト法			
インフルエンザ	イムノクロマト法					イムノクロマト法	イムノクロマト法			
ストレップA	イムノクロマト法					イムノクロマト法				
尿中レジオネラ抗原	イムノクロマト法									
RSウイルス・アデノウイルス						イムノクロマト法				

ロタウイルス・アデノウイルス						イムノクロマト法				
シスタチンC									EIA 法	
ACTH									EIA 法	
DHEA-S									EIA 法	
TRAb									EIA 法	

免疫血清（3）

会社名 / 項目名	ニットーボーメディカル	ニプロ	ファディア	富士レビオ	ミズホメディー	三菱化学メディエンス	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業		
IgG	免疫比濁法（TIA 法）					免疫比濁法	免疫比濁法	TIA 法		
IgA	免疫比濁法（TIA 法）					免疫比濁法	免疫比濁法	TIA 法		
IgM	免疫比濁法（TIA 法）					免疫比濁法	免疫比濁法	TIA 法		
IgE	免疫比濁法（LA 法）		FEIA 法	CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	電気化学発光法	LIA 法，他 2		
特異 IgE								EIA 法		
C 3・C 4	免疫比濁法（TIA 法）					免疫比濁法	免疫比濁法	TIA 法		
Hpt	免疫比濁法（TIA 法）						免疫比濁法			
α_1AG	免疫比濁法（TIA 法）									
α_1AT	免疫比濁法（TIA 法）									
Tf	免疫比濁法（TIA 法）	免疫比濁法					免疫比濁法			
ミオグロビン						ラテックス免疫比濁法，CLEIA 法	電気化学発光法	LIA 法		
トロポニンI						CLEIA 法				
トロポニンT							電気化学発光法	CLEIA 法		
CK-MB						CLEIA 法				
CRP	免疫比濁法（TIA 法，LA 法）	ラテックス免疫比濁法		EV-FIA 法	免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法，他 1	ラテックス凝集法	LIA 法，他 1		
フェリチン	免疫比濁法（LA 法）			CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	電気化学発光法	CLEIA 法，他 1		
β-Lipo						免疫比濁法		TIA 法		
Lp(a)	免疫比濁法（TIA 法）			免疫比濁法						
ApoA-I	免疫比濁法（TIA 法）									
ApoA-II	免疫比濁法（TIA 法）									

ApoB	免疫比濁法（TIA 法）			CLEIA 法(48)						
ApoC-II	免疫比濁法（TIA 法）									
ApoC-III	免疫比濁法（TIA 法）									
ApoE	免疫比濁法（TIA 法）									
β_2-M	免疫比濁法（LA 法）			CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 2	ラテックス凝集法	CLEIA 法，他 1		
インスリン				CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	電気化学発光法	CLEIA 法，他 1		
C-ペプチド				CLEIA 法			電気化学発光法	CLEIA 法，他 1		
GH						CLEIA 法				
ACTH						CLEIA 法 RIA 法	電気化学発光法			
LH		定性，金コロイドクロマト法		CLEIA 法	イムノクロマト法	CLEIA 法	電気化学発光法	CLEIA 法		
FSH				CLEIA 法		CLEIA 法	電気化学発光法	CLEIA 法		
プロラクチン				CLEIA 法		CLEIA 法	電気化学発光法	CLEIA 法		
TSH				CLEIA 法		FIA 法，他 1	電気化学発光法	CLEIA 法		
T_3・T_4				CLEIA 法		CLEIA 法	電気化学発光法	CLEIA 法		
FT_3・FT_4				CLEIA 法		FIA 法，他 1	電気化学発光法	CLEIA 法		
Tg							電気化学発光法			
TgAb・TPOAb				CLEIA 法		CLEIA 法	電気化学発光法			
抗 TPO						CLEIA 法	電気化学発光法			
TRAb							電気化学発光法			
PTH								CLEIA 法		
インタクト PTH							電気化学発光法	CLEIA 法		
コルチゾール						CLEIA 法	電気化学発光法			
プロゲステロン				CLEIA 法		CLEIA 法	電気化学発光法			
テストステロン				CLEIA 法		CLEIA 法	電気化学発光法			
hCG		定性，金コロイドクロマト法			イムノクロマト法	ラテックス免疫比濁法，他 1	電気化学発光法			
β-hCG				CLEIA 法		CLEIA 法	電気化学発光法			
E_2				CLEIA 法		CLEIA 法	電気化学発光法			
hPL						ラテックス免疫比濁法，他 1				
BNP						CLEIA 法				

NT-proBNP							電気化学発光法	CLEIA 法		
エストロジエン						ラテックス免疫比濁法，他 1				
梅毒反応				CLEIA 法，PA 法，HA 法，イムノクロマト法	イムノクロマト法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス凝集法	LIA 法，他 1		
クラミジア (Ag・Ab)				DNA プローブ法		EIA 法				
ASO	免疫比濁法 (LA 法)					ラテックス免疫比濁法，他 1	ラテックス凝集法	LIA 法		
HA (Ab)				CLEIA 法			電気化学発光法			
HAVIgMAb				CLEIA 法			電気化学発光法			
HBs(Ag・Ab)				CLEIA 法，イムノクロマト法	イムノクロマト法	TR-FIA 法，他 1	電気化学発光法	CLEIA 法		
HBe(Ag・Ab)				CLEIA 法			電気化学発光法	CLEIA 法		
HBcAb				CLEIA 法			電気化学発光法			
HBcIgMAb				CLEIA 法			電気化学発光法			
HBcrAg				CLEIA 法						
HCV(Ag)						ラテックス免疫比濁法(Ab)		CLEIA 法		
HIV				PA 法，イムノクロマト法			電気化学発光法			
ATL				CLEIA 法，PA 法，WB 法						
AFP				CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	電気化学発光法	CLEIA 法，他 1		
AFP-L 3 %								LBA - EATA 法		
PIVKA-II								LBA - EATA 法		
CEA				CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	電気化学発光法	CLEIA 法，他 1		
HER-2/neu										
NSE							電気化学発光法	CLEIA 法，他 1		
PAP						CLEIA 法		CLEIA 法，他 1		
PSA				CLEIA 法，EIA 法		CLEIA 法	電気化学発光法			
FPSA							電気化学発光法			
CA 19-9				CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法	電気化学発光法	CLEIA 法		
DU-PAN 2						CLEIA 法				
CA 15-3				CLEIA 法		CLEIA 法	電気化学発光法			
CA 125				CLEIA 法			電気化学発光法	CLEIA 法		
CA 72-4							電気化学発光法			

CYFRA				CLEIA 法			電気化学発光法			
ペプシノゲン				CLEIA 法				CLEIA 法		
PCT							電気化学発光法	CLEIA 法		
Pro-GRP				CLEIA 法				CLEIA 法		
RF	免疫比濁法(TIA 法，LA 法)					ラテックス免疫比濁法，他 1	ラテックス凝集法	LIA 法		
H･pylori 抗体					イムノクロマト法			CLEIA 法		
プレアルブミン	免疫比濁法(TIA 法)	免疫比濁法					ラテックス凝集法	TIA 法		
糞便ヘモグロビン(便潜血)				磁性粒子凝集反応，HA 法	イムノクロマト法			金コロイド比色法(免疫法)		
RBP	免疫比濁法(LA 法)									
抗 dsDNA 抗体			FEIA 法							
抗 U1RNP 抗体			FEIA 法							
抗 Sm 抗体			FEIA 法							
抗 SS-A 抗体			FEIA 法							
抗 SS-B 抗体			FEIA 法							
抗 Jo-1 抗体			FEIA 法							
抗 CENP-B 抗体			FEIA 法							
抗 Scl-70 抗体			FEIA 法							
インフルエンザ				イムノクロマト法						

血液凝固・線溶（1）

会社名 / 項目名	エイアンドティー	栄研化学	カイノス	協和メデックス	極東製薬工業	シスメックス	積水メディカル	シーメンスHCD	日水製薬	ニットーボーメディカル
PT	凝固時間法			凝固時間法		凝固時間法	凝固時間法			
APTT	凝固時間法			凝固時間法		凝固時間法	凝固時間法			
トロンボテスト	凝固時間法					凝固時間法	凝固時間法			
ヘパプラスチンテスト	凝固時間法					凝固時間法	凝固時間法			
プロテインC						合成基質法	合成基質法			
プロテインS										
ATⅢ		LIA法				合成基質法	合成基質法	NIA法	蛍光免疫法	合成基質法 TIA法
α_2PI						合成基質法	合成基質法			合成基質法
PLG						合成基質法	合成基質法	NIA法		合成基質法 TIA法
FDP-T		LIA法	ラテックス免疫比濁法		ラテックス比濁法	ラテックス凝集比濁法	ラテックス比濁法		蛍光免疫法	
FDP-E										
D-Dダイマー			ラテックス免疫比濁法		ラテックス比濁法	ラテックス凝集比濁法	ラテックス比濁法		蛍光免疫法	
P-FDP			ラテックス免疫比濁法	血漿中FDP測定	ラテックス比濁法	ラテックス凝集比濁法	ラテックス比濁法		蛍光免疫法	
Fbg	凝固時間法	LIA法		トロンビン時間法		凝固時間法	凝固時間法	NIA法		免疫比濁法
TAT						EIA法		EIA法		
PIC						EIA法				
SF							ラテックス比濁法			
第Ⅱ凝固因子						凝固時間法				
第Ⅴ凝固因子						凝固時間法				
第Ⅶ凝固因子						凝固時間法				
第Ⅷ凝固因子						凝固時間法				
第Ⅸ凝固因子						凝固時間法				
第Ⅹ凝固因子						凝固時間法				
第Ⅺ凝固因子						凝固時間法				
第Ⅻ凝固因子						凝固時間法				
第ⅩⅢ凝固因子			ラテックス免疫比濁法			合成基質法				

複合因子						凝固時間法				
ヘパリン							合成基質法			
F 1+2								EIA 法		
FMC									蛍光免疫法	

血液凝固・線溶（2）

会社名 / 項目名	ニプロ	三菱化学メディエンス	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業						
PT		凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法						
APTT		凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法						
トロンボテスト		凝固時間法		凝固時間法						
ヘパプラスチンテスト		凝固時間法		凝固時間法						
プロテインC		ラテックス免疫比濁法，他	合成基質法 凝固時間法							
プロテインS		ラテックス免疫比濁法	凝固時間法							
ATIII		ラテックス免疫比濁法，合成基質法	合成基質法							
α_2PI		合成基質法	合成基質法							
PLG		合成基質法	合成基質法							
FDP-T		ラテックス免疫比濁法								
FDP-E	ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法							
D-D ダイマー	ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法 CLEIA 法	ラテックス免疫凝集比濁法							
P-FDP	ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法							
Fbg		PT ベース法，他 1	凝固時間法	凝固時間法						
TAT		TR-FIA 法 CLEIA 法								
PIC		ラテックス免疫比濁法，他								
第II凝固因子		凝固時間法	凝固時間法							
第V凝固因子		凝固時間法	凝固時間法							
第VII凝固因子		凝固時間法	凝固時間法							
第VIII凝固因子		凝固時間法	凝固時間法							
第IX凝固因子		凝固時間法	凝固時間法							

第X凝固因子		凝固時間法	凝固時間法							
第XI凝固因子		凝固時間法	凝固時間法							
第XII凝固因子		凝固時間法								
第XIII凝固因子	ラテックス凝集比濁法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法							
複合因子			凝固時間法							
複合因子 TT			凝固時間法							
複合因子 HT			凝固時間法							
FMC		ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法							
ヘパリン		合成基質法								
FDP-U		ラテックス免疫比濁法								
vWF		ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法							

血中薬物

会社名 / 項目名	アボットジャパン	協和メデックス	シーメンスHCD-1	シーメンスHCD-2	積水メディカル	三菱化学メディエンス	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業		
N-アセチルプロカインアミド				PETINIA 法			FPIA 法/HEIA 法			
アセトアミノフェン				酵素加水分解法			酵素法			
アミカシン							KIMS 法			
アルベカシン	FPIA 法									
エタノール				酵素法			酵素法	酵素法		
エトスクシミド				EMIT 法				EMIT 法		
カルバマゼピン	FPIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	FPIA 法/KIMS 法	EMIT 法		
キニジン							FPIA 法/KIMS 法			
ゲンタマイシン		化学発光イムノアッセイ法	CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法			FPIA 法/KIMS 法	EMIT 法		
サリチル酸				Trincler 応用法			酵素法			
シクロスポリン	FPIA 法 CLIA 法		CLIA 法	EMIT 法 ACMIA 法	CEDIA 法		HEIA 法	EMIT 法		
ジソピラミド				EMIT 法				EMIT 法		
ジギトキシン				PETINIA 法			KIMS 法			
ジゴキシン	MEIA 法, CLIA 法	化学発光イムノアッセイ法	EIA 法 CLIA 法	EMIT 法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	KIMS 法	EMIT 法		
タクロリムス	CLIA 法			EMIT 法 ACMIA 法				EMIT 法		
テオフィリン	FPIA 法, CLIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	FPIA 法/KIMS 法	EMIT 法		
トブラマイシン			CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法			FPIA 法/HEIA 法			
バルプロ酸ナトリウム	FPIA 法, CLIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	FPIA 法/HEIA 法	EMIT 法		
バンコマイシン	FPIA 法, CLIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CLIA 法	PETINIA 法 EMIT 法			FPIA 法/HEIA 法	EMIT 法		
フェニトイン	FPIA 法, CLIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	FPIA 法/KIMS 法	EMIT 法		
フェノバルビタール	FPIA 法, CLIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	FPIA 法/KIMS 法	EMIT 法		
プリミドン				EMIT 法			FPIA 法	EMIT 法		
プロカインアミド				PETINIA 法			FPIA 法/HEIA 法			
メトトレキサート	FPIA 法			EMIT 法				EMIT 法		
リドカイン				EMIT 法 PETINIA 法			FPIA 法/KIMS 法	EMIT 法		
リチウム				色素結合法			比色法			

VB_{12}		化学発光イムノアッセイ法					電気化学発光法			
葉酸		化学発光イムノアッセイ法					電気化学発光法			
ハロペリドール					CEDIA 法	金コロイド法				
ブロムペリドール					CEDIA 法	金コロイド法				

その他・研究用試薬

会社名 / 項目名	積水メディカル									
遺伝子試薬	UGT1A1遺伝子多型，インベーダー法									
遺伝子試薬	HPV核酸タイピング									
研究用試薬	CETP アディポネクチン UGT1A1*27									

自動分析装置専用試薬

自動分析装置専用試薬（1）

会社名 / 機種名	栄研化学		カイノス		エイアンドティー		オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス		関東化学		協和メデックス		積水メディカル		デンカ生研		ニットーボーメディカル		ニプロ	
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
504 X	42	13	31	3	14	4									30	19				
AutoVue Innova																				
VITROS 3600								34												
VITROS 5600							48	52												
VITROS ECiQ								34												
VITROS FS 5.1							48	18												
VITROS 350							48													
AU-5400	34	19	31	3	14	4			24	8	30	2	37	11	30	19	33	9	18	3
AU-2700	34	19	31	3	14	4			24	8	30	2	37	11	30	19	33	9	18	3
AU-680	34	19							24	8					30	19				
AU-640	34	19	31	3	14	4			24	8	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
AU-480	34	19							24	8					30	19			18	3
AU-400	34	19	31	3	14	4			24	8	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
TBA-60 R									24	8	30	2	37	11	30	19	33	9	18	3
TBA-20FR/30FR・40FR(20R・30R)	38	16	7						24	8	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
TBA-M シリーズ			23	1					24	8	30	2	37	11	30	19	33	9	18	3
TBA-80 FR(NEO)	38	17	28	14	14	4			24	8	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
TBA-200 FR	39	19	28	14	14	4			24	8	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
TBA-120 FR	39	19	28	14	14	4			24	8	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
Accute	39	17	7						24	8	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
ARCHITECT c 8000	39	19	28	14	14	4			24	8	30	2	37	11	30	19	33	28		
JCA-RS シリーズ			23						24	8	30	2	37	11	30	19	33	9	18	3
JCA-HR シリーズ			23						24	8	30	2	37	11	30	19	33	9	18	3
JCA-BM シリーズ	33	27	31	3	14	4			24	8	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
コンポライズ 450			28	14													33	28	18	3
日立-7050			1	5					24	8	30	2	37	11	30	19	33	28		

日立-7150	39	16	30	8					24	8	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
日立-7170・7170 S	39	19	31	3					24	8	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
日立-7250・7350・7450	33	2	23		14	4			24	8	30	2	37	11	30	19	33	9	18	3
日立-7060・7070	39	19	33						24	8	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
日立-7020	39	18		5					24	8	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
日立-7600	39	19	31	3					24	8	30	2	37	11	30	19	33	P = 28 D = 9	18	3
日立-7080	39	19	31	3					24	8	30	2	37	11	30	19	33	27	18	3
日立-7180	39	19	31	3	14	4			24	8	30	2	37	11	30	19	33	27	18	3
日立-7700	39	19	31	3	14	4			24	8	30	2	37	11	30	19	33	27	18	3
日立-9000 シリーズ											22		30	4						
LABOSPECT	30	17							21	1	14		37	11		12	20	14		
COBAS INTEGRA 800													37	11						
COBAS INTEGRA 400 plus													35	4						
モジュラーアナリティクス											11		26	2						

自動分析装置専用試薬（2）

会社名 / 機種名	ベックマン・コールター		三菱化学メディエンス		ミズホメディー		ロシュ・ダイアグノスティックス		和光純薬工業											
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
AU-5400			31	14	18	1			27	12										
AU-2700	37	8	31	14	18	1			27	12										
AU-680	37	8	31						27	12										
AU-640	28	9	31	14	18	1			27	12										
AU-480									27	12										
AU-400	28	9	31	14	18	1			27	12										
TBA-60 R			31	13	18	1														
TBA-20FR/30FR・40FR(20R・30R)			35	18	18	1			23	8										
TBA-M シリーズ			34	3	18	1														
TBA-80 FR(NEO)			31	18	18	1			23	12										
TBA-200 FR			31	18	18	1			27	12										

TBA-120 FR			31	18	18	1			27	12										
Accute			31	18	18	1			23	8										
ARCHITECT c 8000			31	18																
TBA c 8000									27	12										
TBA c 16000									27	12										
JCA-RS シリーズ			30	10	18	1														
JCA-HR シリーズ			30	5	18	1														
JCA-BM シリーズ			31	11	18	1			27	12										
日立-7050			33	15	18	1														
日立-7150			35	16	18	1			14	12										
日立-7170・7170 S			32	19	18	1			26	12										
日立-7250・7350・7450			33	11	18	1			12	2										
日立-7060・7070			32	17	18	1			24	12										
日立-7020			25	12	18	1			16	1										
日立-7600			36	19	18	1			27	12										
日立-7080			36	18	18	1			27	12										
日立-7180			36	18	18	1			27	12										
日立-7700			36	19	18	1			27	12										
日立-9000 シリーズ			18	12			46		23											
LABOSPECT			33	6	3				25	9										
COBAS INTEGRA 800							79													
COBAS INTEGRA 400 plus							79													
コバス 6000							79	53												
モジュラーアナリティクス							43	53												

コントロール血清

アルフレッサ ファーマ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
液状ネスコール-N	電解質，酵素，脂質，含窒素 他	正常	○	5mL×10	14,000	
液状ネスコール-A	電解質，酵素，脂質，含窒素 他	異常	○	5mL×10	14,000	
セラクリア-HE II	酵素7項目	正常・異常	○	正常域3mL×5 異常域3mL×5	26,000	
セラクリア-LP	脂質6項目	異常	○	3mL×5	9,300	

(株)エイアンドティー

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノティクルスオートコントロール血清(L)	免疫2項目	低値	○	1mL用×5	25,000	
イムノティクルスオートコントロール血清(H)	免疫2項目	高値	○	1mL用×5	25,000	
イムノティクルスオート梅毒コントロール	梅毒TP抗体	陰性・陽性	○	各1mL用×3	20,000	
RPRコントロール	梅毒脂質抗体	陰性・陽性	○	各1mL用×3	20,000	
コントロール血漿　レベル1	PT，APTT，Fib，TB，HPT	正常	○	各0.5mL用×10	12,000	
コントロール血漿　レベル2	PT，APTT，Fib，TB，HPT	異常	○	各0.5mL用×10	12,000	
コントロール血漿　レベル3	PT，APTT，Fib，TB	異常	○	各0.5mL用×10	12,000	
コアグサーチ血液凝固コントロール血漿　レベル1	PT，APTT，Fib，TB，HPT	正常	○	1mL用×10	12,000	
コアグサーチ血液凝固コントロール血漿　レベル2	PT，APTT，Fib，TB，HPT	異常	○	1mL用×10	12,000	

栄研化学(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
TZセーラム'栄研'	TTT，ZTT	高値	○	3mL分×5	5,500	
Auto Control LEVEL I	生化学	低値	○	5mL用×10	18,000	発売元：(株)シノテスト
Auto Control CRP II	生化学（CRP添加）	高値	○	5mL用×10	20,000	発売元：(株)シノテスト
QC-LX-1'栄研'	免疫16項目	低値	○	2mL分×5	25,000	
QC-LX-2A'栄研'	免疫16項目	高値	○	2mL分×5	25,000	

QC-LX-2B'栄研'	免疫16項目	高値	○	2mL 分×5	25,000	
QC-LX-3'栄研'	腎機能マーカー5項目	尿用低値	○	2mL 分×5	25,000	
QC-LX-4'栄研'	腎機能マーカー5項目	尿用高値	○	2mL 分×5	25,000	
QC-β_2M-L'栄研'	β_2M	低値	○	2mL 分×5	10,000	
QC-β_2M-H'栄研'	β_2M	高値	○	2mL 分×5	10,000	
QC-BFP-L'栄研'	尿 BFP	低値	○	2mL×5	10,000	
QC-BFP-H'栄研'	尿 BFP	高値	○	2mL×5	10,000	
QC-PSA-L'栄研'	PSA	低値	○	3mL×2	12,000	
QC-PSA-H'栄研'	PSA	高値	○	3mL×2	12,000	
QC-SAA-L'栄研'	SAA	低値	○	2mL 分×5	10,000	
QC-SAA-H'栄研'	SAA	高値	○	2mL 分×5	10,000	
QC-RE'栄研' TypeA Low	腫瘍関連検査群(CA19-9を除く)	低値	○	3mL 分×6	24,000	
QC-RE'栄研' TypeA High	腫瘍関連検査群(CA19-9を除く)	高値	○	3mL 分×6	24,000	
QC-RE'栄研' TypeB Low	内分泌関連検査群	低値	○	3mL 分×6	24,000	
QC-RE'栄研' TypeB High	内分泌関連検査群	高値	○	3mL 分×6	24,000	
QC-PG-L'栄研'	ペプシノゲンⅠ・Ⅱ	低値	○	1mL 分×10	11,000	
QC-PG-H'栄研'	ペプシノゲンⅠ・Ⅱ	高値	○	1mL 分×10	11,000	
QC-hCG'栄研'	hCG	低値	○	1mL 分×10	20,000	
QC-hPL'栄研'	hPL	高値	○	1mL 分×10	20,000	
QC-HCVAb'栄研'	HCV-Ab	陽性	○	2mL×5	15,000	
ペプシノゲンコントロールセット'栄研'	ペプシノゲンⅠ・Ⅱ	低・高値	○	1mL 分×5×2	11,000	
H.ピロリ抗体コントロールセット'栄研'	ヘリコバクターピロリ抗体	陰性・陽性	○	1mL 分×5×2	11,000	
コントロール濾紙セット'栄研'	ペプシノゲンⅠ・Ⅱ, PSA	低・中・高	○	3濃度各21スポット	11,000	
コントロール濾紙セット'栄研' H.ピロリ抗体	ヘリコバクターピロリ抗体	陰性・陽性	○	2濃度各21スポット	11,000	
USコントロール'栄研' Level Ⅰ/Ⅱ	尿定性	陰性／陽性	○	12mL 分×3	15,000	
USコントロール'栄研' Level Ⅱ	尿定性	陽性	○	12mL 分×6	15,000	
ノムノピアリ　1	免疫18項目	低値	○	3mL×2	28,500	液状タイプ
ノムノピアリ　2	免疫18項目	高値	○	3mL×2	28,500	液状タイプ
Hbコントロール'栄研' L	糞便中ヘモグロビン定量	低値	○	5mL×2	26,000	液状タイプ

Hb コントロール'栄研' H	糞便中ヘモグロビン定量	高値	○	5mL×2	26,000	液状タイプ
東ソーコントロールセット（インタクト PTH）	インタクト PTH	低・高値	×	1mL×4	8,000	製造発売元：東ソー(株)
東ソーコントロール（TPOAb）	TPOAb	低・高値	×	4mL×4	8,000	製造発売元：東ソー(株)
東ソーコントロール（TgAb）	TgAb	低・高値	×	1mL×12	8,000	製造発売元：東ソー(株)
東ソーコントロール C-ペプチド）	C-ペプチド	低・高値	×	2mL×4	8,000	製造発売元：東ソー(株)
東ソーマルチコントロール　レベル 1		低値	○	5mL×3	23,000	製造発売元：東ソー(株)
東ソーマルチコントロール　レベル 2		中値	○	5mL×3	23,000	製造発売元：東ソー(株)
東ソーマルチコントロール　レベル 3		高値	○	5mL×3	23,000	製造発売元：東ソー(株)
東ソーマルチコントロールセット		低・中・高値	○	5mL×9	65,000	製造発売元：東ソー(株)
東ソーコントロールセット（HBV 抗体）	HBV 抗体	低・高値	×	4mL×4	10,000	製造発売元：東ソー(株)
東ソーコントロールセット（HBV 抗原）	HBV 抗原		×	2mL×12	12,000	製造発売元：東ソー(株)
東ソーコントロールセット（心疾患）	心疾患		×	2mL×4	16,000	製造発売元：東ソー(株)
東ソーコントロール His	His		×	0.5mL×8	17,000	製造発売元：東ソー(株)

(株)カイノス

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
尿コントロール	AMY, Ca, Cl, CRE, GLu, Pi, K, Na, TP, UN, UA, Osmolality	正常・異常	○	10mL×6	33,000	
ケトン体コントロール I ケトン体コントロール II ケトン体コントロール III	} 3HB, TKB	低値 中値 高値	○	3mL 用×6 3mL 用×6 3mL 用×6	8,000 8,000 8,000	
1,5AG コントロール	1,5AG	低値・中値	○	2mL×6	20,000	
「DIP&SPIN」沈渣コントロール	尿沈渣検査用，尿定性検査用		○	Leve 1 120mL×2 Leve 2 120mL×2	65,000	
マルチキャリブレーター「カイノス」	CRE, UN, Glu, IP, Ca		○	5mL×6	10,000	
血清マルチキャリブレーター「カイノス」	CRE, UN, UA, IP, Ca, Mg, Glu		○	3mL×4	7,200	
ライフォチェックイムノアッセイ プラス コントロール血清 1，2，3	免疫血清項目	低値・中値・高値	○	5mL×12	40,000	
ライフォチェックイムノアッセイ プラス コントロール血清 1	免疫血清項目	低値	○	5mL×12	40,000	
ライフォチェックイムノアッセイ プラス コントロール血清 2	免疫血清項目	中値	○	5mL×12	40,000	
ライフォチェックイムノアッセイ プラス コントロール血清 3	免疫血清項目	高値	○	5mL×12	40,000	
酵素キャリブレーター「カイノス」	GOT, GPT, ALP, CK, LDH, r-GTP 他		○	3mL×4	14,400	
チェックセラ「カイノス」	生化学項目	正常・異常	○	5mL×10	12,500	

カルニチンコントロール	カルニチン（総遊離）	正常・異常	○	2mL×3	12,000	

関東化学(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
トレースチェック	AST・ALT・γ-GT・CK ALP・LD・AMY(P-AMY)	レベル1 レベル2	○	各2mL×3	21,000	
トレースチェック PLUS	AST・ALT・γ-GT・CK・ALP LD・AMY(P-AMY)・ChE	レベル1 レベル2	○	各2mL×3	24,000	
L-クオリトロール	23項目	レベル1 レベル2	参考値	各3mL×3	17,000	
クオリトロール INSULIN	インスリン	レベル1 レベル2	参考値	各1mL×3	17,500	
クオリトロール PSA	PSA	レベル1 レベル2	参考値	各1mL×3	42,500	
クオリトロール PG	PG I，PG II	レベル1 レベル2	参考値	各2mL×2	20,000	
クオリトロール CK-MB(S)	CK，CK-MB		参考値	1mL×3	18,000	
クオリトロール MYO	ミオグロビン	レベル1 レベル2	参考値	各2mL×5	20,000	

協和メデックス(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
Accurun 9600 マルチマーカーコントロール	anti-HIV1/2，anti-HTLV I/II anti-HBc, anti-HCV, HBsAg, TP		○	1mL×3 ～5mL×3	39,000 ～90,000	
Normal コントロール	感染症陰性コントロール		×	1mL×1～3.5mL×12	5,000 ～5,700	
HBs 抗原	HBs 抗原		×	5mL×1	14,000	
HBs IgG，IgM	HBs コア IgG，IgM		×	5mL×1	14,000	
HBe 抗原	HBe 抗原		×	5mL×1	14,000	
HBe 抗体	HBe 抗体		×	5mL×1	14,000	
HAV 抗体 IgG，IgM	HAV IgG HAV IgM		×	1mL×1～5mL×1 1mL×1～5mL×1	4,000～16,000 5,000～20,000	
HBs 抗体	HBs 抗体		○	5mL×1	14,000	
Lyme 病抗体 IgG，IgM	Lyme 病 IgG Lyme 病 IgM		×	1mL×1 1mL×1	5,000(IgG) 9,000(IgM)	
Toxo 抗体 IgG，IgM	Toxo IgG Toxo IgM		×	1mL×1 1mL×1	3,000(IgG) 7,000(IgM)	
風しん抗体 IgG，IgM	風しん IgG 風しん IgM		×	1mL×1 1mL×1	3,000(IgG) 7,000(IgM)	
CMV IgG，IgM	CMV IgG CMV IgM		×	1mL×1 1mL×1	3,000(IgG) 9,000(IgM)	

TP（梅毒抗体）	TP 抗体		○	2mL×1 ～2mL×3	6,000 ～16,000	
TP（RPR）	TP（RPR）		○	1mL×1	4,000	
Accurun シリーズ infectrol	HCV 抗体・HBs 抗原・TP 抗体		○	3.5mL×1		A～E，5濃度別発売
Accurun 遺伝子用コントロール	HIV，HCV，HBV など				21,00 ～60,000	

シスメックス(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
QAP トロール1X・2X	生化学用	正常・異常	×	5mL×5×2濃度	15,500	
リクイチェック尿化学コントロール レベル1・2	尿化学検査用	正常・異常	○	10mL 分×12	22,000	
ISE トロールⅠ・X	電解質用	低値	×	3mL 分×5	4,500	
ISE トロールⅡ・X	電解質用	高値	×	3mL 分×5	4,500	
GHb トロールⅨ・ⅨX	グリコヘモグロビン用	正常・異常	×	0.2mL 分×8	16,000	
グリコ Hb コントロール	グリコヘモグロビン用	正常・異常	○	65mg×4×2濃度	16,000	
HDL コントロール L	HDL-コレステロール用	低値	○	3mL 分×6	13,000	
HDL コントロール M	HDL-コレステロール用	中値	○	3mL 分×6	13,000	
HDL コントロール H	HDL-コレステロール用	高値	○	3mL 分×6	13,000	
ヴィラトロール	HBs 抗原，HCV 抗体，TP 抗体，HIV 抗体，HTLV-1 抗体	2濃度	×	3mL 分×3×2レベル	22,500	ウイルス不活化処理済み（液状加熱処理及び S/D 処理）
ランリームコントロール A レベルⅠ・Ⅱ	AFP，CEA，フェリチン，PSA	低濃度・高濃度	○	6mL×各1	27,000	
ランリームコントロール B レベルⅠ・Ⅱ	IgE，HBsAb，HBcAb	低濃度・高濃度	○	6mL×各1	18,000	
ランリームコントロール C レベルⅠ・Ⅱ	β_2-マイクログロブリン，インシュリン	低濃度・高濃度	○	6mL×各1	24,000	
ランリームコントロール D レベルⅠ・Ⅱ	HBsAg	低濃度・高濃度	○	6mL×各1	17,000	
ランリームコントロール E レベルⅠ・Ⅱ	HCV-Ab	低濃度・高濃度	○	6mL×各1	17,000	
セロトロール・Ⅸ	免疫血清用	低濃度・高濃度 (項目により差あり)	×	2mL 分×6	20,000	
セロトロール・ⅨX	免疫血清用	低濃度・高濃度 (項目により差あり)	×	2mL 分×6	20,000	
デイドサイトロールレベル1	凝固検査用	正常	○	1mL×20	16,000	
デイドサイトロールレベル2	凝固検査用	中度異常	○	1mL×20	16,000	
デイドサイトロールレベル3	凝固検査用	高度異常	○	1mL×20	20,000	
コアグトロールⅨ・ⅨX	凝固検査用	正常・異常	×	1mL 分×5×2	9,900	

コアグ QAP コントロール	凝固検査用	正常・異常	×	1mL 分×5×2	9,900	

(株)常光

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
分画トロール「常光」“ノーマル”	蛋白分画用	正常	○	0.5mL×10	18,000	1本約1週間使用可能
分画トロール「常光」“アブノーマル”	蛋白分画用	異常	○	0.5mL×10	18,000	1本約1週間使用可能
イオン電極用常用標準血清 ISE-CRS	Na^+, K^+, Cl^-	高，中，低	○	1.5mL×各3×2袋	17,000	冷凍品
透析用校正液 D	透析液測定用		○	2mL×20	24,000	液状

積水メディカル(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
セロノルム・ヒューマン	生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属・他	正常	○	5mL×10	18,000	Sero 社製，販売：積水メディカル
セロノルム	電解質・酵素・脂質・他	正常	○	5mL×10	18,000	Sero 社製，販売：積水メディカル
パソノルム H	電解質・酵素・脂質・他	異常	○	5mL×10	18,000	Sero 社製，販売：積水メディカル
パソノルム L	電解質・酵素・脂質・他	異常	○	5mL×10	18,000	Sero 社製，販売：積水メディカル
オートノルム	電解質・酵素・脂質・他	正常	○	10mL×6	16,100	Sero 社製，販売：積水メディカル
セロノルム・ファルマカ　レベル 1	薬物血中濃度	治療域	○	5mL×10	20,000	Sero 社製，販売：積水メディカル
セロノルム・ファルマカ　レベル 2	薬物血中濃度	中毒域	○	5mL×10	20,000	Sero 社製，販売：積水メディカル
セロノルム・リピッド	血清脂質	正常	○	3mL×12	22,000	Sero 社製，販売：積水メディカル
セロノルム・CRP コントロール	CRP	異常	○	1mL×6×2濃度	15,000	Sero 社製，販売：積水メディカル
セロノルム・マルチキャリブレーター	生化学	正常	○	3mL×10	12,000	Sero 社製，販売：積水メディカル
コレステストコントロール 1	血清脂質	正常	○	1mL×12	9,000	製造販売：積水メディカル
コレステストコントロール 2	血清脂質	正常	○	1mL×12	9,000	製造販売：積水メディカル

(株)テクノメディカ

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
液状常用標準血清 ISE-CRS	Na，K，Cl	中濃度	○	1mL	22,000	
液状常用標準血清 ISE-CRS 三濃度	Na，K，Cl	高・中・低濃度	○	1.5mL	30,000	

デンカ生研(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
液状キャリブレーター	生化学項目		○	5mL×10		
生研リキッドノーマルVプラス	生化学項目	正常	○	5mL×20		
生研リキッドアブノーマルVプラス	生化学項目	異常	○	5mL×20		
脂質キャリブレーターD	脂質項目		○	1mL×5		
脂質コントロールI	脂質項目		○	1mL×10		
脂質コントロールII	脂質項目		○	1mL×10		
酵素キャリブレータープラス「生研」	酵素項目		○	1mL×6		
酵素コントロールプラス1・2「生研」	酵素項目		○	1mL×3×2濃度		
イムノキューセラI-(L)	免疫血清項目	低値	○	3mL×5		
イムノキューセラI-(H)	免疫血清項目	高値	○	3mL×5		
イムノキューセラII-(L)	免疫血清項目	低値	○	3mL×5		
イムノキューセラII-(H)	免疫血清項目	高値	○	3mL×5		

東ソー(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
東ソーマルチコントロール	EIA用多項目コントロール	レベル1，2，3		各5mL×3本×3種		
HbA_{1c}キャリブレータセット（J）	安定型 HbA_{1c}	レベル1，2	○	各4mL用×5本×2種	35,000	日本糖尿病学会 HbA_{1c}標準化準拠
HbA_{1c}	安定型 HbA_{1c}	レベル1，2	○	各0.5mL用×4本×2種	17,000	

日水製薬(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
L-コンセーラⅠEX	30項目	低値	×	5mL×40本	27,000	
L-コンセーラⅡEX	30項目	高値	×	5mL×40本	48,000	
L-スイトロールⅠ	35項目	低値	○	3mL×40本	28,000	
L-スイトロールⅡ	35項目	高値	○	3mL×40本	48,000	
L-スイトロールⅡEX	35項目	脂質高値	○	3mL×40本	52,800	
L-トライロールEX	30項目	Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ	○	3濃度各3mL×2本	16,000	
液状イムノコンセーラⅠ	CRP, RF, ASO, IgG, IgA, IgM, C3, C4	低値	×	4mL×3本	45,600	
液状イムノコンセーラⅡ	CRP, RF, ASO, IgG, IgA, IgM, C3, C4	高値	×	4mL×3本	50,400	

ニットーボーメディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノクエストL-Ⅰ	IgG, A, M, C3, C4, CRP, Tf, Hp, α_1-AG, α_1-AT, PerAlb, RBP		○	2mL×6	15,600	液状コントロール
イムノクエストL-Ⅱ	IgG, A, M, C3, C4, CRP, Tf, Hp, α_1-AG, α_1-AT, PerAlb, RBP		○	2mL×6	18,000	液状コントロール
イムノクエストRF-Ⅰ	リウマチ因子		○	2mL×4	8,000	凍結乾燥品
イムノクエストRF-Ⅱ	リウマチ因子		○	2mL×4	12,000	凍結乾燥品
イムノクエストARC-Ⅰ	CRP, RF, ASO		○	2mL×4	11,000	凍結乾燥品
イムノクエストARC-Ⅱ	CRP, RF, ASO		○	2mL×4	15,000	凍結乾燥品
イムノクエストM-Ⅰ	IgG, A, M, E, C3, C4, RBP, PreAlb, Tf, α_1-AT, Hp, α_1-AG, CRP, RF, ASO, フェリチン, β_2-M, AT Ⅲ		○	3mL×4	24,000	液状コントロール
イムノクエストM-Ⅱ	IgG, A, M, E, C3, C4, RBP, PreAlb, Tf, α_1-AT, Hp, α_1-AG, CRP, RF, ASO, フェリチン, β_2-M, AT Ⅲ		○	3mL×4	35,000	液状コントロール

バイオ・ラッド ラボラトリーズ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
リクイチェック イムノアッセイプラスコントロール1,2,3	血中薬物濃度，ホルモン，腫瘍マーカー	低・中・高	○	5mL×4本×3レベル		
ライフォチェック イムノアッセイプラスコントロール1,2,3	血中薬物濃度，ホルモン，腫瘍マーカー	低・中・高	○	5mL×4本×3レベル		

ライフォチェック イムノアッセイ TMJ コントロール	イムノアッセイプラスコントロールに CA19-9, CA125, CA15-3, シフラ, β_2-MG を添加	2濃度	○	3mL×3本×2レベル		
リクイチェックスペシャル イムノアッセイコントロール 1	Anti-Tg, Anti-TPO, IntactPTH 等	低	○	5mL×6本		
リクイチェックスペシャル イムノアッセイコントロール 2	Anti-Tg, Anti-TPO, IntactPTH 等	中	○	5mL×6本		
リクイチェックスペシャル イムノアッセイコントロール 3	Anti-Tg, Anti-TPO, IntactPTH 等	高	○	5mL×6本		
リクイチェック 腫瘍マーカーコントロール 1	CEA, AFP, CA125, CA19-9等	低	○	2mL×6本		
リクイチェック 腫瘍マーカーコントロール 2	CEA, AFP, CA125, CA19-9等	中	○	2mL×6本		
リクイチェック 腫瘍マーカーコントロール 3	CEA, AFP, CA125, CA19-9等	高	○	2mL×6本		
ライフォチェック 腫瘍マーカープラスコントロール 1	CEA, AFP, CA125, CA19-9等	低	○	2mL×6本		
ライフォチェック 腫瘍マーカープラスコントロール 2	CEA, AFP, CA125, CA19-9等	中	○	2mL×6本		
ライフォチェック 腫瘍マーカープラスコントロール 3	CEA, AFP, CA125, CA19-9等	高	○	2mL×6本		
リクイチェック TDM コントロール1, 2, 3	血中薬物濃度	低・中・高	○	5mL×12本		
ライフォチェック TDM コントロール1, 2, 3	血中薬物濃度	低・中・高	○	5mL×4本×3レベル		
ライフォチェック ドラッグフリー血清	血中薬物検出レベル以下		○	10mL×12本		
ライフォチェック 全血コントロール 1	シクロスポリン, 鉛, 赤血球中葉酸, タクロリムス	低	○	2mL×6本		
ライフォチェック 全血コントロール 2	シクロスポリン, 鉛, 赤血球中葉酸, タクロリムス	中	○	2mL×6本		
ライフォチェック 全血コントロール 3	シクロスポリン, 鉛, 赤血球中葉酸, タクロリムス	高	○	2mL×6本		
ライフォチェック 全血免疫抑制剤コントロール 1	シクロスポリン, タクロリムス	低	○	2mL×6本		
ライフォチェック 全血免疫抑制剤コントロール 2	シクロスポリン, タクロリムス	中	○	2mL×6本		
ライフォチェック 全血免疫抑制剤コントロール 3	シクロスポリン, タクロリムス	やや高	○	2mL×6本		
ライフォチェック 全血免疫抑制剤コントロール 4	シクロスポリン, タクロリムス	高	○	2mL×6本		
ライフォチェック 全血免疫抑制剤コントロール 5	シクロスポリン, タクロリムス	超高	○	2mL×6本		
ライフォチェック 貧血症コントロール	鉄, TIBC, UIBC, フェリチン, トランスフェリン, 葉酸, ビタミン B_{12}, TSH, プレアルブミン	超低濃度域	○	3mL×6本		
ライフォチェック 高血圧症マーカーコントロール1, 2, 3	ACTH, アルドステロン, コルチゾール, レニン	3濃度	○	2mL×2本×3レベル		
ライフォチェック 妊婦検査用コントロール	AFP, hCG, エストリオール（遊離）	3濃度	○	5mL×2本×3レベル		
ライフォチェック 妊娠検査コントロール1, 2, 3	hCG 等	低・中・高	○	5mL×4本×3レベル		
リキッドマルチコール （参考値付）1	生化学項目他	低	○	3mL×12本		
リキッドマルチコール （参考値付）2	生化学項目他	中	○	3mL×12本		
リキッドマルチコール （参考値付）3	生化学項目他	高	○	3mL×12本		
リキッドマルチコール （参考値なし）1	生化学項目他	低	×	10mL×12本		

リキッドマルチコール (参考値なし) 2	生化学項目他	中	×	10mL×12本		
リキッドマルチコール (参考値なし) 3	生化学項目他	高	×	10mL×12本		
ライフォチェック参考値付 生化学コントロール 1	生化学項目他60項目以上	低	○	5mL×12本		
ライフォチェック参考値付 生化学コントロール 2	生化学項目他60項目以上	高	○	5mL×12本		
ライフォチェック参考値なし 生化学コントロール1 5mL	生化学項目他60項目以上	低	×	5mL×25本		
ライフォチェック参考値なし 生化学コントロール2 5mL	生化学項目他60項目以上	高	×	5mL×25本		
ライフォチェック参考値なし 生化学コントロール1	生化学項目他60項目以上	低	×	10mL×50本		
ライフォチェック参考値なし 生化学コントロール2	生化学項目他60項目以上	高	×	10mL×50本		
リクイチェック参考値なし 生化学コントロール 1	生化学項目他60項目以上	低	×	10mL×25本		
リクイチェック参考値なし 生化学コントロール 2	生化学項目他60項目以上	高	×	10mL×25本		
リクイチェック 脂質コントロール 1	脂質項目	低	○	3mL×6本		
リクイチェック 脂質コントロール 2	脂質項目	高	○	3mL×6本		
リクイチェック 新生児検査用コントロール 1	ビリルビン他	低	○	4mL×6本		
リクイチェック 新生児検査用コントロール 2	ビリルビン他	高	○	4mL×6本		
リクイチェック エタノール/アンモニアコントロール 1	エタノール，アンモニア	低	○	3mL×6本		
リクイチェック エタノール/アンモニアコントロール 2	エタノール，アンモニア	中	○	3mL×6本		
リクイチェック エタノール/アンモニアコントロール 3	エタノール，アンモニア	高	○	3mL×6本		
ライフォチェック 定量用尿コントロール 1	生化学，特殊物質，内分泌，毒物等	低	○	10mL×12本		
ライフォチェック 定量用尿コントロール 2	生化学，特殊物質，内分泌，毒物等	高	○	10mL×12本		
リクイチェック 尿化学コントロール 1	尿化学検査項目	低	○	10mL×12本		
リクイチェック 尿化学コントロール 2	尿化学検査項目	高	○	10mL×12本		
リクイチェック クォンティファイコントロール	尿定性項目	2濃度	○	12mL×3本×2レベル		
リクイチェック クォンティファイプラスコントロール	尿定性項目，尿沈渣	2濃度	○	12mL×5本×2レベル		
リクイチェック クォンティファイ大容量コントロール	尿定性項目	2濃度	○	120mL×4本		
リクイチェック クォンティファイ大容量1コントロール	尿定性項目	低	○	120mL×4本		
リクイチェック クォンティファイ大容量2コントロール	尿定性項目	高	○	120mL×4本		
リクイチェック 尿検査用コントロール1,2	尿定性項目，尿沈渣	2濃度	○	12mL×6本×2レベル		
リクイチェック 微量アルブミン用コントロール 1	微量アルブミン，クレアチニン	低	○	10mL×12本		
リクイチェック 微量アルブミン用コントロール 2	微量アルブミン，クレアチニン	高	○	10mL×12本		

リクイチェック 循環器疾患マーカープラスコントロール1,2,3	CK-MBアイソザイム，高感度CRP，ジギトキシン，ホモシステイン，ミオグロビン，NT-proBNP，CK，トロポニンI，トロポニンT	低・中・高	○	3mL×2本×3レベル		
リクイチェック 循環器疾患マーカープラスLTコントロール1,2,3	CK-MBアイソザイム，高感度CRP，ジギトキシン，ホモシステイン，ミオグロビン，NT-proBNP，CK，トロポニンI，トロポニンT	低・中・高	○	3mL×2本×3レベル		
リクイチェック CK/LDアイソザイムコントロール1	CK，LD，CK-MBアイソザイム等	低	○	1mL×6本		
リクイチェック CK/LDアイソザイムコントロール2	CK，LD，CK-MBアイソザイム等	高	○	1mL×6本		
リクイチェック ホモシステインコントロール1,2	ホモシステイン	2濃度	○	1mL×3本×2レベル		
リクイチェック イムノロジーコントロール1	CRP，IgG，IgA，IgM，免疫検査一般	低	○	1mL×6本		
リクイチェック イムノロジーコントロール2	CRP，IgG，IgA，IgM，免疫検査一般	中	○	1mL×6本		
リクイチェック イムノロジーコントロール3	CRP，IgG，IgA，IgM，免疫検査一般	高	○	1mL×6本		
リクイチェック イムノロジーコントロール1　3mL	CRP，IgG，IgA，IgM，免疫検査一般	低	○	3mL×6本		
リクイチェック イムノロジーコントロール2　3mL	CRP，IgG，IgA，IgM，免疫検査一般	中	○	3mL×6本		
リクイチェック イムノロジーコントロール3　3mL	CRP，IgG，IgA，IgM，免疫検査一般	高	○	3mL×6本		
リクイチェック CRP高値コントロール1	CRP	低	○	1mL×12本		
リクイチェック CRP高値コントロール2	CRP	中	○	1mL×12本		
リクイチェック CRP高値コントロール3	CRP	高	○	1mL×12本		
リクイチェック 髄液コントロール1	アルブミン，グルコース，クロール，タンパク(総)等	低	○	3mL×6本		
リクイチェック 髄液コントロール2	アルブミン，グルコース，クロール，タンパク(総)等	高	○	3mL×6本		
リクイチェック リウマチ因子コントロール1	RF	低	○	2mL×6本		
リクイチェック リウマチ因子コントロール2	RF	中	○	2mL×6本		
リクイチェック リウマチ因子コントロール3	RF	高	○	2mL×6本		
リクイチェック 糖尿病検査コントロール1	ヘモグロビン A_{1c}等	低	○	1mL×6本		
リクイチェック 糖尿病検査コントロール2	ヘモグロビン A_{1c}等	中	○	1mL×6本		
リクイチェック 糖尿病検査コントロール3	ヘモグロビン A_{1c}等	高	○	1mL×6本		
ライフォチェック 糖尿病検査コントロール1,2	ヘモグロビン A_{1c}等	2濃度	○	0.5mL×3本×2レベル		
ライフォチェック ヘモグロビン A_{1c}リニアリティセット	ヘモグロビン A_{1c}	4濃度	○	0.5mL×4本		
ライフォチェック ヘモグロビン A_2コントロール1,2	ヘモグロビン A_2，ヘモグロビンF，ヘモグロビンS	2濃度	○	1mL×2本×2レベル		
ライフォチェック 凝固コントロール1	PT，APTT，フィブリノーゲン等	低	○	1mL×12本		
ライフォチェック 凝固コントロール2	PT，APTT，フィブリノーゲン等	中	○	1mL×12本		
ライフォチェック 凝固コントロール3	PT，APTT，フィブリノーゲン等	高	○	1mL×12本		
リクイチェック Dダイマー検査用コントロール1	Dダイマー	低	○	1mL×6本		

リクイチェック Dダイマー検査用コントロール2	Dダイマー	中	○	1mL×6本		
リクイチェック Dダイマー検査用コントロール3	Dダイマー	高	○	1mL×6本		
ライフォチェック 凝固・線溶系検査用コントロール1	PT，APTT，TT，主な凝固因子等	低	○	1mL×12本		
ライフォチェック 凝固・線溶系検査用コントロール2	PT，APTT，TT，主な凝固因子等	中	○	1mL×12本		
ライフォチェック 凝固・線溶系検査用コントロール3	PT，APTT，TT，主な凝固因子等	高	○	1mL×12本		
リクイチェック 血液ガスコントロール1	pCO_2，pH，pO_2	低	○	1.7mL×30本		
リクイチェック 血液ガスコントロール2	pCO_2，pH，pO_2	中	○	1.7mL×30本		
リクイチェック 血液ガスコントロール3	pCO_2，pH，pO_2	高	○	1.7mL×30本		
ライフォチェック 内分泌コントロール1，2	エピネフリン，ドーパミン，ノルエピネフリン	2濃度	○	10mL×6本×2レベル		
ライフォチェック 重金属測定用尿コントロール1	微量元素，重金属	低	○	25mL×10本		
ライフォチェック 重金属測定用尿コントロール2	微量元素，重金属	高	○	25mL×10本		
ライフォチェック 重金属用全血コントロール1	カドミウム，水銀，タリウム，鉛，砒素	低	○	2mL×6本		
ライフォチェック 重金属用全血コントロール2	カドミウム，水銀，タリウム，鉛，砒素	中	○	2mL×6本		
ライフォチェック 重金属用全血コントロール3	カドミウム，水銀，タリウム，鉛，砒素	高	○	2mL×6本		
ライフォチェック 骨代謝マーカー尿コントロール	骨代謝マーカー項目	2濃度	○	2mL×3本×2レベル		
リクイチェック 感染症コントロールマルチⅠクラスA	HBs抗原，HBc抗体，HIV-1抗体，HCV抗体，HTLV-1抗体，CMV抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロールマルチⅠクラスB	HBs抗原，HBc抗体，HIV-1抗体，HCV抗体，HTLV-1抗体，CMV抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロールマルチⅠクラスC	HBs抗原，HBc抗体，HIV-1抗体，HCV抗体，HTLV-1抗体，CMV抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロールマルチⅠクラスD	HBs抗原，HBc抗体，HIV-1抗体，HCV抗体，HTLV-1抗体，CMV抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロールマルチⅠクラスE	HBs抗原，HBc抗体，HIV-1抗体，HCV抗体，HTLV-1抗体，CMV抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロールマルチⅠクラスF	HBs抗原，HBc抗体，HIV-1抗体，HCV抗体，HTLV-1抗体，CMV抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロールマルチⅠクラスG	HBs抗原，HBc抗体，HIV-1抗体，HCV抗体，HTLV-1抗体，CMV抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロールマルチⅠクラスH	HBs抗原，HBc抗体，HIV-1抗体，HCV抗体，HTLV-1抗体，CMV抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロールマルチⅡクラスA	HBs抗体，HAV抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロールマルチⅡクラスB	HBs抗体，HAV抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロールマルチⅢクラスA	HBe抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロールマルチⅢクラスB	HBe抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロールマルチⅢクラスC	HBe抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロールマルチⅣ	HAV-IgM抗体	陽性	×	5mL×1本		

リクイチェック 感染症コントロール HIV-2	HIV-2抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロールマルチ陰性	感染症項目陰性 精度管理用	陰性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロール ToRCH	トキソプラズマ IgG 抗体，風疹ウイルス IgG 抗体，サイトメガロウイルス IgG 抗体等	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロール ToRCH IgM	トキソプラズマ IgG 抗体ならびに IgM 抗体，風疹ウィルス IgG 抗体ならびに IgM 抗体等	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロール ToRCH 陰性	トキソプラズマ IgG 抗体ならびに IgM 抗体，風疹ウイルス IgG 抗体ならびに IgM 抗体等 陰性精度管理用	陰性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロール MUMZ	ムンプスウイルス IgG 抗体等	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロール SYPHILIS	梅毒トレポネーマー IgG 抗体ならびに IgM 抗体，抗脂質抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロール HAV-IgM クラス A	HAV-IgM 抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロール MUMZ 陰性	ムンプスウイルス IgG 抗体等 陰性精度管理用	陰性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロール HAV-IgM クラス B	HAV-IgM 抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロール HBc-IgM	HBc-IgM 抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロール HBeAG	HBe 抗原	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック 感染症コントロール RPR パネル	抗脂質抗体	陽性	×	5mL×1本		
リクイチェック ToRCH プラス陽性コントロール	トキソプラズマ IgG 抗体，風疹ウイルス IgG 抗体，サイトメガロウィルス IgG 抗体等	陽性	○	3mL×3本		
リクイチェック ToRCH プラス陰性コントロール	トキソプラズマ IgG 抗体，風疹ウイルス IgG 抗体，サイトメガロウィルス IgG 抗体等 陰性精度管理用	陰性	○	3mL×3本		
リクイチェック ToRCH プラス弱陽性コントロール	トキソプラズマ IgG 抗体，風疹ウイルス IgG 抗体，サイトメガロウィルス IgG 抗体等	陽性	○	3mL×3本		
リクイチェック ToRCH プラス IgM 陽性コントロール	トキソプラズマ IgM 抗体，風疹ウイルス IgM 抗体等	陽性	○	2mL×3本		
リクイチェック ToRCH プラス IgM 陰性コントロール	トキソプラズマ IgM 抗体，風疹ウイルス IgM 抗体等陰性 精度管理用	陰性	○	2mL×3本		
バイオ・ラッド EQAS 臨床生化学プログラム（17項目）	外部精度保証プログラム付生化学コントロール		×	5mL×12本		
バイオ・ラッド EQAS 臨床生化学プログラム（35項目）	外部精度保証プログラム付生化学コントロール		×	5mL×12本		
バイオ・ラッド EQAS 臨床生化学プログラム（マンスリー）	外部精度保証プログラム付生化学コントロール		×	5mL×12本		
バイオ・ラッド EQAS TDM プログラム（12項目）	外部精度保証プログラム付 TDM コントロール		×	5mL×12本		
バイオ・ラッド EQAS TDM プログラム（25項目）	外部精度保証プログラム付 TDM コントロール		×	5mL×12本		
バイオ・ラッド EQAS ヘモグロビンプログラム（マンスリー）	外部精度保証プログラム付ヘモグロビンコントロール		×	0.5mL×12本		
バイオ・ラッド EQAS イムノアッセイプログラム 1	外部精度保証プログラム付イムノアッセイコントロール		×	5mL×12本		
バイオ・ラッド EQAS イムノアッセイプログラム 2	外部精度保証プログラム付イムノアッセイコントロール		×	5mL×12本		
バイオ・ラッド EQAS イムノアッセイプログラム 3	外部精度保証プログラム付イムノアッセイコントロール		×	1mL×12本		
バイオ・ラッド EQAS イムノアッセイプログラム 4	外部精度保証プログラム付イムノアッセイコントロール		×	1mL×12本		
バイオ・ラッド EQAS イムノアッセイプログラム（マンスリー，17項目）	外部精度保証プログラム付イムノアッセイコントロール		×	5mL×12本		

バイオ・ラッドEQAS イムノアッセイプログラム（マンスリー，35項目）	外部精度保証プログラム付イムノアッセイコントロール		×	5mL×12本		
バイオ・ラッドEQAS 尿化学プログラム（12項目）	外部精度保証プログラム付尿化学コントロール		×	10mL×12本		
バイオ・ラッドEQAS 尿化学プログラム（24項目）	外部精度保証プログラム付尿化学コントロール		×	10mL×12本		

ベックマン・コールター(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
シンクロン—コントロール レベル1	生化学，血漿蛋白，TDM	（低レベル）	○	20mL×3		−15〜20℃保存．液状で凍結しません．安定で経済的です．プラボトル入り．
シンクロン—コントロール レベル2	生化学，血漿蛋白，TDM	（中レベル）	○	20mL×3		−15〜20℃保存．液状で凍結しません．安定で経済的です．プラボトル入り．
シンクロン—コントロール レベル3	生化学，血漿蛋白，TDM	（高レベル）	○	20mL×3		−15〜20℃保存．液状で凍結しません．安定で経済的です．プラボトル入り．
Vigil Protein コントロール レベル 1	血漿蛋白	低濃度域	○	5mL×4		−15〜20℃保存．液状で凍結しません．安定で経済的です．プラボトル入り．
Vigil Protein コントロール レベル 2	血漿蛋白	中濃度域	○	5mL×4		−15〜20℃保存．液状で凍結しません．安定で経済的です．プラボトル入り．
Vigil Protein コントロール レベル 3	血漿蛋白	高濃度域	○	5mL×4		−15〜20℃保存．液状で凍結しません．安定で経済的です．プラボトル入り．
Vigil Serology レベル C	高感度 CRP 用	正常域	○	5mL×4		2〜8℃で保存．安定で経済的です．プラボトル入り．
Vigil Serology レベル 1	CRP，ASO，RF 測定用	低濃度域	○	5mL×3		2〜8℃で保存．安定で経済的です．プラボトル入り．
Vigil Serology レベル 2	CRP，ASO，RF 測定用	中濃度域	○	5mL×3		2〜8℃で保存．安定で経済的です．プラボトル入り．
Vigil Serology レベル 3	CRP，ASO，RF 測定用	高濃度域	○	5mL×3		2〜8℃で保存．安定で経済的です．プラボトル入り．
Vigil TDM コントロール　レベル1	ジゴキシン，てんかん薬など測定用	低濃度域	○	3mL×3		2〜8℃で保存．安定で経済的です．プラボトル入り．
Vigil TDM コントロール　レベル2	ジゴキシン，てんかん薬など測定用	中濃度域	○	3mL×3		2〜8℃で保存．安定で経済的です．プラボトル入り．
Vigil TDM コントロール　レベル3	ジゴキシン，てんかん薬など測定用	高濃度域	○	3mL×3		2〜8℃で保存．安定で経済的です．プラボトル入り．
AU コントロール	ヒト血清ベース，マルチタイプ	レベル 1 レベル 2	○	各5mL 用×６本	9,870	
AU マルチキャリブレーター				5mL×20本	35,700	
AU 血清蛋白キャリブレーター	IgG，IgM，IgA，C3，C4用			2mL×５濃度	39,900	各濃度１本入
AU 酵素キャリブレーター				3mL×６本	20,000	

(株)ミズホメディー

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
リキューム コントロール レベル 1	T3，T4，TSH 等ホルモン，薬物，微量蛋白58成分	低値	○	5mL×6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール

リキューム コントロール レベル2	T3，T4，TSH等ホルモン，薬物，微量蛋白58成分	中値	○	5mL×6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール
リキューム コントロール レベル3	T3，T4，TSH等ホルモン，薬物，微量蛋白58成分	高値	○	5mL×6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール
T-マーカーコントロール レベル1	AFP，CA-125，CA15-3，CA19-9 CEA，PSA等主な腫瘍マーカー20成分	低値	○	3mL×6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール
T-マーカーコントロール レベル2	AFP，CA-125，CA15-3，CA19-9 CEA，PSA等主な腫瘍マーカー20成分	中値	○	3mL×6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール
T-マーカーコントロール レベル3	AFP，CA-125，CA15-3，CA19-9 CEA，PSA等主な腫瘍マーカー20成分	高値	○	3mL×6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール

三菱化学メディエンス(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格（円）	備考
イアトロセーラ CC-I	酵素，脂質，電解質，CRP，他	低濃度	○	5mL用×10	15,000	
イアトロセーラ CC-II	酵素，脂質，電解質，CRP，他	高濃度	○	5mL用×10	15,000	
イアトロセーラ IM-I	免疫・血清	正常	○	2mL用×4	18,400	
イアトロセーラ IM-II	免疫・血清	異常	○	2mL用×4	18,400	
イアトロセーラ THレベルI	凝固・線溶マーカー	正常	○	0.5mL用×6	12,000	
イアトロセーラ THレベルII	凝固・線溶マーカー	異常	○	0.5mL用×6	12,000	
CON6	ホルモン，他	低・中・高濃度	○	6mL×2×3濃度	20,000	米国・SIEMENS社製
ヒーモスアイエル ノーマルコントロール	凝固時間項目	正常	○	1mL用×10	16,400	
ヒーモスアイエル ローアブノーマルコントロール	凝固時間項目	異常	○	1mL用×10	19,400	
ヒーモスアイエル ハイアブノーマルコントロール	凝固時間項目	異常	○	1mL用×10	19,400	
ヒーモスアイエル 低フィブリノゲンコントロール血漿	フィブリノゲン	異常	○	1mL用×10	19,400	
ヒーモスアイエル スペシャルテストコントロール レベル2	凝固因子，AT，PC，PS，VWF，他	異常	○	1mL用×10	42,000	
生化学マルチキャリブレーター	生化学項目		○	2mL×6		
脂質キャリブレーター「ヤトロン」	脂質項目		○	3mL用×6		
酵素キャリブレータープラス 「ヤトロン」	酵素項目		○	1mL×6		
酵素コントロールプラス1・2 「ヤトロン」	酵素項目		○	1mL×3×6濃度		
CK-MBコントロール	CK，CK-MB		○	1mL用×3×2濃度		
CK-MBキャリブレーター	CK，CK-MB		○	1mL用×6		
パスファースト BNPコントロール (補充用)	BNP	低・高濃度	○	各1mL用×2濃度×2本	9,200	
パスファースト HCGコントロール (補充用)	HCG	低・高濃度	○	各1mL用×2濃度×2本	10,000	

和光純薬工業(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格(円)	備考
液状コントロール血清Ⅰワコー	生化学	正常	○	5mL×10	14,000	
液状コントロール血清Ⅱワコー	生化学	異常	○	5mL×10	14,000	
液状コントロール血清Ⅰワコー C&C	生化学	正常	○	5mL×10	15,000	CRP 添加
液状コントロール血清Ⅱワコー C&C	生化学	異常	○	5mL×10	17,000	CRP 添加
コントロール血清Ⅰワコー/BR	生化学	正常	○	5mL 用×10	13,000	
コントロール血清Ⅱワコー/BR	生化学	異常	○	5mL 用×10	13,000	
LYPHOCHEK-IA プラス	ホルモン・腫瘍マーカー・血中薬物	3濃度	○	5mL 用×4×3	40,000	
LYPHOCHEK 腫瘍マーカー コントロールレベル 1	腫瘍マーカー	1濃度	○	2mL 用×6	35,000	
LYPHOCHEK 腫瘍マーカー コントロールレベル 2	腫瘍マーカー	1濃度	○	2mL 用×6	35,000	
LYPHOCHEK 腫瘍マーカー コントロールレベル 3	腫瘍マーカー	1濃度	○	2mL 用×6	48,000	
免疫コントロールⅠワコー	血漿蛋白	正常	○	2mL×4	28,000	
免疫コントロールⅡワコー	血漿蛋白	異常	○	2mL×4	28,000	
ドライヘマト 血液凝固コントロール血漿 レベル1	PT, APTT, Fib, TB, HPT	正常	○	0.5mL 用×10	12,000	
ドライヘマト 血液凝固コントロール血漿 レベル2	PT, APTT, Fib, TB, HPT	中等度異常	○	0.5mL 用×10	12,000	
ドライヘマト 血液凝固コントロール血漿 レベル3	PT, APTT, Fib, TB, HPT	高等度異常	○	0.5mL 用×10	12,000	
LYPHOCHEK 定量用尿コントロールノーマル(1)	尿	正常	○	10mL 用×12	21,600	
LYPHOCHEK 定量用尿コントロールアブノーマル(2)	尿	異常	○	10mL 用×12	21,600	

展示会社・主要製品紹介

アークレイ株式会社

〒604-8153 京都市中京区烏丸四条上ル笋町689 京都御幸ビル10F

設立年月日	昭和38年9月26日
資本金	
代表者名	土井 茂
従業員数	1,334名
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www.arkray.co.jp
工場所在地	〒520-3306：滋賀県甲賀市甲南町柑子1480㈱アークレイファクトリー
	TEL：0748-86-6833㈹　FAX：0748-86-6898
研究所所在地	〒601-8045：京都市南区東九条西明田町57
	TEL：075—672—5311㈹
商品問合せ先	アークレイマーケティング株式会社　営業統括本部
	TEL：050—5527—7700　FAX：03—3358—8536

〔展示主要商品〕

グリコヘモグロビン／グルコース分析装置／アダムス™ハイブリッド AH-8280
グリコヘモグロビン分析装置／アダムス™A_{1c} HA-8180
全自動尿分析装置 オーションマックス™AX-4030

〔取扱い商品〕

○尿化学検査／尿中有形成分分析システム
- オーションアイキュー™ IQ-5210
- オーションマックス™ AX-4030
- オーションイレブン™ AE-4020
- ポケットケム™UA PU-4010

○糖尿病検査システム
- アダムス™ハイブリッド AH-8280
- アダムス™A_{1c} HA-8180
- アダムス™グルコース GA-1152
- アダムス™グルコース GA-1171

○簡易検査システム
- スポットケム™IL SL-4720
- スポットケム Dコンセプト™ SD－9810，SD－3810，SD－4810，SD－4820
- ポケットケム™BA PA-4140　他

○浸透圧検査システム　・オズモステーション™OM-6060
○遺伝子検査システム　・アイデンシー™ IS-5310

Instrumentation Laboratory アイ・エル・ジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2—2—15 浜松町ゼネラルビル

設立年月日	平成14年7月22日
資本金	9,000万円
代表者名	サンティアゴ ラモス
従業員数	
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www.il-japan/
工場所在地	〒　：
	TEL：
研究所所在地	〒　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　クリティカルケア
	TEL：03—3437—6350　FAX：03—3437—6352

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEM プレミア4000，GEM プレミア3500，GEM プレミア3000

特長：一体型カートリッジによって個別の消耗品の交換が不要，電極及び流体系に触れることなくカートリッジ交換（3週／4週／30日に1回）だけのメンテナンスフリーを実現。さらにiQM（自動品質保証システム）による自動システム管理・精度管理（電位差チェック等によってエラー検知及び是正処置や品質管理）を自動的に行い，精度管理や記録レポートの作成も自動で行い常に正しいデータの提供を可能にしました。

血液ガス，電解質，グルコース，ラクテート及びCO-OXまで臨床検査の幅広いニーズにお応えします。

〔取扱い商品〕
- チケットプリンター
- 精度管理溶液
- 測定用カートリッジ

アイエスケー株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島4－9－12

設立年月日：	昭和37年7月5日
資本金：	2,000万円
代表者名：	中島 洋一
従業員数：	25名
E－mail：	yes@isk-tokyo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.isk-tokyo.co.jp
工場所在地：	〒120-0003：足立区東和3－5－4
	TEL：03－3620－1003
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03－3812－0191　FAX：03－3812－9284

〔展示主要商品〕

全血血小板凝集能測定装置／WBA-Neo　・コラーゲンコートビーズ

特長：●血球成分存在のまま（全血），in vivoにより近い条件下で測定できます。●全血0.8mLを使用し4濃度の凝集惹起物質で測定したデータから閾値を算出してグレードで測定します。

〔取扱い商品〕

・看護用品
・介護用品
・集団検診用品
・臨床検査機器・用品

株式会社アイディエス

〒861-8038 熊本市長嶺東8－14－30

設立年月日：	1987年11月
資本金：	5,000万円
代表者名：	伊藤 照明
従業員数：	338名
E－mail：	ids@idsma.com
URL(ホームページ)：	http://www.idsma.com
工場所在地：	〒861-8038：熊本市長嶺東8－14－30
	TEL：096－380－4225
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：096－380－4225　FAX：096－389－2077

〔展示主要商品〕

自動分注装置／検体搬送システム

特長：大型システムの機能を凝縮。省スペースに検体搬入，血餅検出，栓抜き，子検体供給，分注，仕分け搬出機能を標準装備。弊社搬送システムユニットとの接続や，検体自走車との接続も可能です。

〔取扱い商品〕

●検体搬送システム
・個々の機能がユニット化された，フレキシブルな1本搬送システム。
●自動分注装置
・従来の大型システム機能を凝縮した，省スペース分注装置。
●分注チップ整列装置　AT-4000シリーズ
・検査業務の前工程である，ディスポチップ準備を自動化する装置。
●サンプルチューブ整列装置　ATF-3000シリーズ
・検査業務の前工程である，サンプルチューブ準備を自動化する装置。
●採血管ナンバリング装置　SNSシリーズ・検体受付業務を自動化する装置。
●検体自走車・搬送ラインの問題点である作業動線を解決する搬送装置。
●自動開栓装置　ACOシリーズ・TSDシリーズ
・検体受付業務と検体の開栓を自動化する装置。
●仕分装置・検体仕分業務を自動化する装置。

i-SENS, Inc.

465-14 Wolgye-dong, Nowon-gu Seoul 139-845, Korea

設立年月日	May 4, 2000
資本金	About USD 15.1M
代表者名	Dr. Geun Sig Cha
従業員数	290 (December 2009)
E-mail	admin@i-sens.com
URL(ホームページ)	http://www.i-sens.com/
工場所在地	1642-9 Donghwa-ri, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, Korea
	TEL：
研究所所在地	465-6 Wolgye-dong, Nowon-gu, Seoul 139-845, Korea
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：
	TEL：+82—2—916—6191　FAX：+82—2—942—2514

〔展示主要商品〕

Electrolyte Analyzer (i-Smart 30)

特長：1. High portability: easy to carry between different laboratories and locations
2. Compact design: easy to fit in small or jam-packed laboratories
3. Convenient cartridge-type reagent: sensors and all consumable parts are enclosed within a cartridge
4. Easy maintenance by integrated cartridge eliminates time and labor required for replacing reagents

〔取扱い商品〕

1. Self Monitoring Blood Glucose System: CareSens POP, CareSens II, CareSens N, and No coding 1
2. Electrolyte Analyzer: i-Smart 30

アイテック阪急阪神株式会社

〒553-0001 大阪市福島区海老江1—1—31

設立年月日	昭和62年7月1日
資本金	2億円
代表者名	浜田 真希男
従業員数	650名（2008年4月現在）
E-mail	melas-info@itec.hankyu-hanshin.co.jp
URL(ホームページ)	http//itec.hankyu-hanshin.co.jp/
工場所在地	〒　：
	TEL：
研究所所在地	〒　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　医療事業本部
	TEL：大阪：06—6456—5223／東京：03—3798—1011 FAX：大阪：06—6456—5252／東京：03—3798—1028

〔展示主要商品〕

総合臨床検査システム／MELAS-i

特長：検査業務の精度向上・迅速化・効率化・データ活用をポイントに，長年蓄積した業務ノウハウが組み込まれた，病院IT化に貢献するクライアント／サーバ型総合臨床検査システムです。

〔取扱い商品〕

■総合臨床検査システム「MELAS-i」
- 検体検査システム
- 微生物検査システム
- 輸血管理システム
- 生理検査システム

■病理診断支援システム「PathMate」
■検査結果Web参照システム
■総合健康管理システム「TOHMAS-i」
■健康増進支援システム「TOHMAS-i Followup」
■感染制御支援システム「ICT Mate」

アジア器材株式会社

〒194-0022 町田市森野2—27—12

設立年月日	
資本金	1,000万円
代表者名	代表取締役　岩佐 和彦
従業員数	50名
E—mail	info@asiakizai.co.jp.
URL(ホームページ)	http://www.asiakizai.co.jp
工場所在地	〒229-1124：相模原市田名49
	TEL：042—762—2703
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　本社営業部
	TEL：042—723—4670　　FAX：042—728—0163

〔展示主要商品〕

試験管／オートチューブ丸底／スピッツ／サンプルカップ

特長：オートチューブ丸底及びスピッツは，自動化学会推奨サイズの試験管（13φ75mm）で，バーコードを貼りやすい設計になっております。また，少量検体にも対応可能なスピッツ・タイプもございます。

〔取扱い商品〕

○サンプルカップ類　各種
○試験管類　各種
○スポイト類　各種
○喀タン処理器　各種
○検査コップ　各種
○オートクレーブ滅菌処理用バッグ
○病理用包埋カセット
○試験管立・サンプルカップ立

あしたのもと AJINOMOTO 味の素株式会社

〒104-8315 東京都中央区京橋1—15—1

設立年月日	1925年5月20日
資本金	798億6,300万円
代表者名	伊藤　雅俊（7月より）
従業員数	3,733名
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www.ajinomoto.co.jp/
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒210-8681：川崎市川崎区鈴木町1—1
	TEL：044—244—4428　　FAX：044—211—7609
商品問合せ先	担当部門　：　分析基盤研究グループ
	TEL：044—244—4428　　FAX：044—211—7609

〔展示主要商品〕

キューブクーラー・CUBE-T20型

特長：採血した血液を速やかに冷却し，長時間保冷できる装置です。血糖値，アンモニアなど，不安定な検査項目の測定に有効です。

アボット ジャパン株式会社 (ABBOTT JAPAN CO., LTD.)

〒106-8535 東京都港区六本木１－９－９　六本木ファーストビル

設立年月日	平成15年２月１日（創業 昭和37年２月15日）
資本金	22億6,600万円
代表者名	池田　勲夫
従業員数	2,200名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.abbott.co.jp
松戸事業所所在地	〒270-2214：松戸市松飛台278
	TEL：047―385―2211
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　カストマーサポートセンター
	TEL：0120―031441　　FAX：

〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置／ ARCHITECT アナライザー *i*2000SR（生化学分析装置との連結タイプ）

特長：CLIA 法（ケミフレックス）を採用した最新の分析装置。
１時間当たり200テストの処理能力，最大25項目のランダムアクセスなど多くの特徴を有しています。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査：「AxSYM アナライザー」「ARCHITECT アナライザー *i*2000」「ARCHITECT アナライザー *i*2000SR」「IMx アナライザー」「ARCHITECT アナライザー *i*1000SR」「TDx FLx アナライザー」
■全自動総合血液学分析装置セルダインシリーズ：
(1)セルダイン SAPPHIRE　(2)セルダイン3700　(3)セルダイン3200　(4)セルダイン1800　(5)セルダイン SMS　(6)セルダイン RUBY
■簡易測定シリーズ：エクシード（血糖自己測定器），プレシジョン PCx（血糖自己測定器）
■遺伝子検査用（研究用を含む）：リアルタイム PCR 測定装置「Abbott *m*2000rt アナライザー」，「Abbott *m*2000sp 自動核酸抽出装置」，リアルタイム PCR 試薬「アキュジーン®」シリーズ，「パスビジョン® HER-2 DNA プローブキット」，Vysis™DNA FISH プローブ，HLA SBT タイピング試薬

アルフレッサファーマ株式会社

〒540-8575 大阪市中央区石町２－２－９

設立年月日	昭和14年12月24日
資本金	10億円
代表者名	久禮　哲郎
従業員数	663名
E－mail	info@alfresa-pharma.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.alfresa-pharma.co.jp/
工場所在地	〒709-4321：岡山県勝田郡勝央町太平台18
	TEL：0868―38―5341
研究所所在地	〒567-0806：茨木市庄２―24―３
	TEL：072―622―4941　　FAX：072―624―5320
商品問合せ先	担当部門　：　診断薬営業部
	TEL：06―6941―0308　　FAX：06―6941―4861

〔展示主要商品〕

ディスクリート方式臨床化学自動分析装置　ヘモテクト NS-Plus C

〔取扱い商品〕

○体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）
　○生化学検査用
　　脂質，酵素，電解質，含窒素検査用各種製品
　○免疫血清検査用
　○免疫学的便潜血用
　○ POCT 試薬：感染症関連製品，尿中 HCG，破水診断キット
　○血液検査用：血色素検査用製品
　○精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤，その他製品
　○臨床検査機械・器具器材
　○ヘモテクト
　○フィンピペットシステム

ALOKA アロカ株式会社

〒181-8622 三鷹市牟礼6—22—1

設立年月日：	1950年1月20日
資本金：	64億6,500万円（2009年3月31日現在）
代表者名：	取締役社長　吉住　実
従業員数：	1,024名（2009年3月31日現在）
E—mail：	cle-sle2@aloka.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.aloka.co.jp
工場所在地：	〒198-8577：青梅市今井3—7—19
	TEL：0428—32—3111
研究所所在地：	〒198-8577：青梅市今井3—7—19
	TEL：0428—32—3111
商品問合せ先：	担当部門　：　医用分析システム営業部
	TEL：0422—45—5502　　FAX：0422—45—7751

〔展示主要商品〕

検体処理システム／検体前処理分注装置

特長：検体検査における開栓，分注など，煩雑で感染の危険性がある前処理工程を自動化する装置です。

「検体前処理システム」は，機能別のユニットで構成されたシステムで，施設規模に柔軟に対応できます。

「検体前処理分注装置」は，前処理工程の中の開栓，分注機能を凝縮，小型化した装置です。いずれも，自動分析装置と搬送接続することにより，検体検査工程の効率化に貢献いたします。

〔取扱い商品〕

超音波診断装置，骨粗鬆症診断装置，検体検査装置，放射線測定装置，バイオ関連装置

MBL 株式会社医学生物学研究所

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-10 住友商事丸の内ビル5F

設立年月日：	昭和44年8月23日
資本金：	22億2,860万円
代表者名：	西田 克彦
従業員数：	235名（2010年3月現在）
E—mail：	info@mbl.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.mbl.co.jp
工場所在地：	〒396-0002：伊那市手良沢岡1063-103
	TEL：0265-76-1777
研究所所在地：	〒396-0002：伊那市手良沢岡1063-103
	TEL：0265-76-1777
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬事業部
	TEL：052-971-2083　　FAX：052-971-2337

〔展示主要商品〕

自己免疫疾患検査試薬（全般），関節リウマチ検査試薬（抗CCP抗体，IgG-RF），抗皮膚抗体検査試薬（抗Dsg1抗体，抗Dsg3抗体，抗BP180抗体，抗BP230抗体），腫瘍マーカー測定試薬（p53抗体，BCA225，NMP22，FLC），IgGサブクラス測定試薬，ELISA／IFA全自動分析装置（Quad-MACS），全自動化学発光免疫測定装置（CL-JACK RK）

〔取扱い商品〕

機器・細胞診用機器　・TACASシステム
・ELISA／IFA全自動分析装置　Quad-MACS，AP22 Speedy IF
・全自動化学発光免疫装置　CL-JACK
臨床検査試薬　・IF法ANA，抗DNA，AMA/ASMA，ANCA
・ELISA法：ANA，CCP抗体，ds／ssDNA抗体，ENA抗体，セントロメア抗体，ミトコンドリアM2抗体，LKM-1抗体，カルジオリピン抗体，IgG-RF，Tg抗体，TPO抗体，MPO-ANCA，PR3-ANCA，Dsg1抗体，Dsg3抗体，BP180抗体
感染症関連検査試薬
・各種EBV抗体，クラミジアトラコマチス抗体，クラミジアニューモニエ抗体
腫瘍マーカー測定試薬
・p53抗体，BCA225，NMP22，FLC
ART関連検査試薬
・抗ミュラー管ホルモン（AMH／MIS）
遺伝子関連測定試薬
・HLA，HPA，HBV，パルボウィルスB19遺伝子
・細胞診用試薬，病理染色用抗体，フローサイトメトリー用抗体など各種

株式会社ウエルコ

〒183-0034 府中市住吉町３－３－１

設立年月日	：	昭和46年４月
資本金	：	4,000万円（2010年６月１日現在）
代表者名	：	代表取締役社長　今　幸男
従業員数	：	50名（2010年６月現在）
E－mail	：	sares@welco-web.co.jp
URL(ホームページ)	：	http://www.welco-web.co.jp
本社工場所在地	：	〒183-0034：府中市住吉町３－３－１
		TEL：042－333－7311
研究所所在地	：	〒　　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　営業部
		TEL：042－333－7311　　FAX：042－333－7313

〔展示主要商品〕

装置　チューブポンプ　及び　関連装置

特長：ウエルコは薬液供給用チューブポンプの開発，製造を1991年より開始し，現在　医療分析，化学，印刷，洗浄等の幅広い分野へ「WPX1シリーズ」「WP1000シリーズ」を提供し，海外も含めて多くのユーザーより高い評価をいただいております。
今後はより小型な超小型高性能チューブポンプ「WPM シリーズ」の展開や従来品の改良等で多様なニーズへ対応します。

VEOLIA WATER Solutions & Technologies　ELGA

ヴェオリア・ウォーター・ソリューション&テクノロジー株式会社

〒108-0022 東京都港区海岸3—20—20

設立年月日	：	2001年８月31日
資本金	：	１億円
代表者名	：	ホイル・ペ
従業員数	：	35名
E－mail	：	info@elgalabwater.com
URL(ホームページ)	：	http://www.elgalabwater.com
工場所在地	：	Lane End Industrial Park High Wycombe, HP14 3BY, UK
		TEL：+44 1494 887500
研究所所在地	：	Lane End Industrial Park High Wycombe, HP14 3BY, UK
		TEL：+44 1494 887500　FAX：+44 1494 887505
商品問合せ先	：	担当部門　：　エルガ・ラボウォーター事業部
		TEL：090－8010－2064　FAX：03－5441－7071

〔展示主要商品〕

純水製造装置／MEDICA（メディカ）

特長：臨床検査用自動分析機専用の純水装置として最適な機能を搭載。分析機の機種ごとに異なる純水使用量に対応し，7*l*～200*l*/時まで３シリーズを用意し，複数機による検査システムにも完全対応。

〔取扱い商品〕

臨床検査分析機専用純水装置　MEDICA シリーズ

MEDICA-R，MEDICA-D：
純水製造能力7*l*，15*l*/時のタイプで小型の分析機に最適な装置です。L字型タンクを用いて省スペースを実現。卓上で使用できます。-D タイプは脱ガス機能付きです。

MEDICA Pro：
純水製造量30*l*，60*l*，120*l* の３タイプで毎分4*l* の給水能力があります。80cm×80cm×40cm のコンパクトボディに50*l* の貯水タンクを内蔵し，省スペースを実現しました。

MEDICA-R 200：
純水製造量200*l*/時，毎分20*l* の給水能力があります。350*l* タンクを内蔵しても，180cm×80cm×90cm のスリムボディです。

エア・ブラウン株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座７―13―８　第２丸高ビル

設立年月日	：	昭和45年４月
資本金	：	5,000万円（2010年４月１日現在）
代表者名	：	代表取締役社長　安田　隆
従業員数	：	76名（2010年４月現在）
E―mail	：	a-r@arbrown.com
URL(ホームページ)	：	http://www.arb-ls.com
工場所在地	：	〒　　：
		TEL：
研究所所在地	：	〒　　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　東京：ライフサイエンス部
		TEL：03―3545―5720　FAX：03―3543―8865
	：	担当部門　：　大阪：ライフサイエンス部
		TEL：06―6282―4004　FAX：06―6282―4005

〔展示主要商品〕

①白血球用オートセルカウンター　“ADAM-rWBC”
②母乳成分分析装置　“Miris”

特長：①簡単・ローコストで血液中の白血球数をカウントします。ディスポーザブルチップを使用し，細胞の核をPI（Propidium Iodide）で染色し，短時間でカウントを行います。
②少量のサンプル量で簡単にローコストで母乳成分の分析が行えます。測定内容：脂質，タンパク，ラクトース，熱量，乾燥重量
サンプル量：＞3ml
計測方法：赤外線分光計

〔その他取扱い商品〕

弊社は医療・バイオ分野においてユニークで最先端の製品を手がけている輸入商社になります。今回はディスポーザブルの血球計算板・母乳成分分析装置・白血球用オートセルカウンターなど展示しております。

A&T 株式会社 エイアンドティー

〒221-0056 横浜市神奈川区金港町２―６　横浜プラザビル

設立年月日	：	1978年５月25日
資本金	：	５億7,761万円
代表者名	：	代表取締役社長　礒村　健二
従業員数	：	374名
E―mail	：	
URL(ホームページ)	：	http://www.aandt.co.jp/
工場所在地	：	〒023-1101：奥州市江刺区岩谷堂字松長根63―２
		TEL：0197―35―0005
研究所所在地	：	〒252-0816：藤沢市遠藤2023―１
		TEL：0466―86―8660
商品問合せ先	：	担当部門　：　営業ユニット
		TEL：045―440―5812　FAX：045―440―5820

〔展示主要商品〕

臨床検査情報システム／CLINILAN
検体検査自動化システム／CLINILOG

〔取扱い商品〕

統合型 検査室リソースプランニングシステム	：CLINILAN LRP Suite
検体検査自動化システム	：CLINILOG
分析前工程 統合管理モジュール	：MPAM
電解質分析装置	：EA07
グルコース分析装置	：GA05，GA08II
血液凝固分析装置	：CG02，CG101
血球計数装置	：MYTHIC18(J)，MYTHIC22OT(J)，MYTHIC22CT(J)
臨床検査試薬	：生化学検査試薬，免疫血清検査試薬
血液凝固分析装置専用試薬	：ドライヘマト

栄研化学株式会社

〒110-8408 東京都台東区台東４－19－９山口ビル７

設立年月日：	昭和14年２月20日
資本金：	68億9,773万円
代表者名：	代表執行役社長　寺本　哲也
従業員数：	633名
E－mail：	webmaster@eiken.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.eiken.co.jp
工場所在地：	〒329-0114：下都賀郡野木町野木143
	TEL：0280－56－1221　FAX：0280－56－0443
研究所所在地：	〒329-0114：下都賀郡野木町野木143
	TEL：0280－56－1221　FAX：0280－56－0443
商品問合せ先：	担当部門　：　営業管理室
	TEL：03－5846－3261　FAX：03－5846－3273

〔展示主要商品〕

新型フローセル採用　全自動尿分析装置／US-3100R plus

特長：高度な画像解析能力をベースに10%超の処理能力拡大で大量検体への対応もパワーアップした全自動尿分析装置です。①276検体／時間の高速処理能力　②新型フローセル採用　③２タイプの試験紙でランダム測定可能　④最低必要量が1mLの微量検体測定　⑤健診最適なモード設定　⑥尿中有形成分分析装置と搬送接続可能

移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置／OC センサー io

特長：小さくてもフルオートの便潜血測定装置です。①88検体/時間のサイズを超える処理能力　②測定中でも検体ラック，反応セルが追加可能　③バーコードリーダーによる検体管理を採用　④安全性から廃棄まで国際基準に準拠

品質の向上を重ねて　便潜血測定装置／OC センサー DIANA

特長：高性能のままコンパクト。省力化とサイズダウンを同時に実現しました。①280検体／時間の高速連続測定　②試薬バーコード登録による検量線管理機能　③検量線は希釈から測定までフルオート，さらにリトライモード搭載　④検査効率を高める分析中追加・緊急割込機能　⑤分析中の精度管理確認も可能　⑥インターロック機能採用

株式会社エクセルクリエイツ

Excel Creates

〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町２－３－５ 第18松屋ビル1005号

設立年月日：	平成16年４月
資本金：	1,300万円
代表者名：	棚田　誠
従業員数：	15名
E－mail：	tanada@excel-creates.jp
URL(ホームページ)：	http://www.excel-creates.jp
工場所在地：	〒542-0061：大阪市中央区安堂寺町２－３－５
	TEL：06－6766－2202
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：06－6766－2202　FAX：06－6766－2201

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／FORZ

特長：検体検査データ・健診データ・画像データを１台のPCで管理でき，検索することができます。

〔取扱い商品〕

臨床検査システム
健診システム
画像ファイリングシステム
在庫管理システム

EPSON エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿６―24―１　西新宿三井ビル24F

設立年月日	1983年５月20日
資本金	40億円
代表者名	平野　精一
従業員数	1,553名
E―mail	
URL(ホームページ)	http://www.epson.jp
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　インフォメーションセンター
	TEL：050―3155―7020

〔展示主要商品〕

サーマルラベルプリンタ／TM-L90

特長：TM-L90はコンパクトなサーマルラベルプリンタ。最大毎秒150mmの高速印字でバーコードや２次元シンボルなどもスピーディーに印刷でき，検体ラベルや医療材のパッケージラベルなどに最適なプリンタです。また，型取されていない全面ラベルロール紙にも対応しオートカッターで様々なサイズのラベルを出力することができます。

業務用カラーインクジェットプリンター／TM-C3400

特長：TM-C3400は横幅25.5cmの小型業務用インクジェットプリンター。ロール紙・ファンフォールド紙に対応し様々な用途でお使い頂けます。最大92mm/秒の高速印刷で，様々な情報をラベルに出力する事が可能です。また，顔料インクを採用し耐水性・保存性にも優れています。

〔取扱い商品〕

エプソンはビジネスの現場で生まれる様々なニーズにきめ細かく応えるために，幅広いラインナップで先進のプリンタ機能を提供。更に各種ドライバやユーティリティ等，開発者にとって万全の開発環境を整えております。

・サーマルレシートラベルプリンタ各種・インクジェットレシートプリンタ各種・ドットインパクトプリンタ各種

LMS 株式会社 エル・エム・エス

〒113-0033 東京都文京区本郷3―6―7 田中ビル

設立年月日	1985年12月
資本金	２億9,800万円
代表者名	朝比奈　幸一郎
従業員数	126名
E―mail	info@lms.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.lms.co.jp
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　DS事業部
	TEL：03―5802―2741　　FAX：03―5802―2773

〔展示主要商品〕

血小板凝集能測定装置／ヘマトレーサー712

特長：・２濃度解析法によって低コストで高精度なデータが得られます。
・「正常・異常判定モード」と「薬効判定モード」を搭載し，それぞれ測定結果を９クラスに分類します。

〔取扱い商品〕

・血小板凝集能測定装置（ヘマトレーサーシリーズ）
・血液凝固測定装置（KCシリーズ）
・赤血球沈降速度測定装置（ベスマティックシリーズ）
・血小板凝集能関連試薬

株式会社エンプラス

〒332-0034 川口市並木２―30―１

設立年月日：	昭和37年２月21日
資本金：	80億8045万円（2010年３月31日現在）
代表者名：	取締役社長　横田　大輔
従業員数：	300名（平成2010年３月現在）
E―mail：	bio-sales@enplas.com
URL(ホームページ)：	http://www.enplas.co.jp/
工場所在地：	〒322-0014：鹿沼市さつき町７番２
	TEL：0289―72―0600
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　開発本部開発企画部
	TEL：048―256―8593　　FAX：048―256―8706

〔展示主要商品〕

マイクロ流路チップ・バイオチップ・その他樹脂製精密部品

特長：当社は精密樹脂加工のスペシャリストとして，最先端の加工技術と高品質の製品供給体制を築いてまいりました。
バイオ分野におきましては，臨床検査用のプラスチック製マイクロ流路チップの量産を行っており，その生産技術・品質保証技術を高く評価いただいております。
設計 → 試作 → 量産，品質保証　を一貫体制で対応することにより，お客様の製品開発をトータルサポートいたします。

〔取扱い商品〕
マイクロ流路チップ
他精密樹脂部品（ギア，回折格子，半導体テストソケット，LED用レンズ など）

Ortho Clinical Diagnostics

a Johnson & Johnson company

〒101-0065 東京都千代田区西神田３―５―２

設立年月日：	1981年３月
資本金：	10億円
代表者名：	日色　保
従業員数：	219名
E―mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.orthoclinical.com/ja
工場所在地：	
研究所所在地：	
商品問合せ先：	担当部門：お客様サポートセンター TEL：0120―03―6527

〔展示主要商品〕

ビトロス® 5600，ビトロス3600，ビトロス5, 1FS，オーソ® オートビュー® イノーバ，BTDX

〔取扱い商品〕
全自動免疫生化学統合システム：ビトロス5600
全自動化学発光免疫測定システム：ビトロス3600，ECiQ／化学発光の全自動測定機器で，心疾患，癌，感染症，甲状腺疾患，婦人疾患等の検査で使用。試薬の冷蔵機能や自動在庫管理機能が付き，検査室のあらゆる省力化を可能。検体，発光試薬等の分注量，発光量など監視し，品質の高い検査結果報告を保証するインテリチェック機能採用。
全自動臨床化学分析装置：ビトロス5, 1FS／多層フィルム式ドライケミストリー測定に加え，完全ウォーターレスで液状試薬分析が可能になったハイブリッド型機器。生化学や薬物血中濃度測定，血漿蛋白，HbA_{1c}等が測定可能。
感染症検査関連製品：C型肝炎ウイルスの抗体，抗原の検出に関し，お客様のニーズに対応。
全自動輸血検査システム：オーソ® オートビュー® イノーバ／日本語ソフトによる簡単操作を実現したWalkAway全自動輸血検査システム。ABO式，Rh式血液型，不規則抗体スクリーニング，交差適合試験等を測定。

株式会社オネスト

〒113-0033 東京都文京区本郷４－９－25 真成館ビル４Ｆ

設立年月日	：	平成２年３月１日
資本金	：	7,000万円
代表者名	：	代表取締役　本間大二郎
従業員数	：	264名
E－mail	：	info@honest.co.jp
URL(ホームページ)	：	http://www.honest.co.jp
工場所在地	：	〒　　：
		TEL：
研究所所在地	：	〒　　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　医療システム部
		TEL：03－5689－5903　　FAX：03－5689－5993

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／ハートレー，感染管理支援システム／ICTweb

特長：ハートレーは，電子カルテ時代に対応したセキュリティを備え，検体検査作業の流れを熟知した画面構成となっており，各種アラート機能も充実させ，効率化と臨床サービスの向上をサポートします。
ICTwebは，微生物検査システム「アスティ」の検査データを基本として，投薬情報，バイタル情報，転科転棟情報，治療経過などを一元管理し，院内感染対策に有用な情報を視覚的に提供するとともに，日々のラウンド情報を取込み，時系列的にアウトブレイクの早期発見と感染予防を支援するシステムです。

〔取扱い商品〕
HONESTメディカルシステムシリーズ
①臨床検査総合管理システム「HARTLEY／ハートレー」
②感染管理支援システム「ICTweb／アイシーティ・ウェブ」
③微生物総合管理システム「ASTY／アスティ」
④生理検査総合管理システム「Phyls／フィルス」
⑤輸血部門総合管理システム「RhoOBA／ルーバ」
⑥病理部門総合管理システム

株式会社オービーシステム

〒541-0046 大阪市中央区平野町２－３－７　アーバンエース北浜ビル

設立年月日	：	昭和47年８月25日
資本金	：	7,475万円（2010年４月１日現在）
代表者名	：	代表取締役　山田　孝
従業員数	：	380名（2010年４月現在）
E－mail	：	clip@obs.co.jp
URL(ホームページ)	：	http://www.obs.co.jp
東京本社	：	〒140-0004：東京都品川区南品川２－２－13　南品川JNビル
		TEL：03－3471－9878　　FAX：03－3471－9860
九州オフィス	：	〒812-0054：福岡市東区馬出１－13－８　ソフネット県庁口ビル
		TEL：092－643－2338　　FAX：092－643－7288
上海欧比●恩脉維●件有限公司	：	〒62455966：上海市寧夏路777号４階
		TEL：86＋21-62455966
商品問合せ先	：	担当部門　：　第２事業部第３本部営業グループ
		TEL：06－6228－3418　　FAX：06－6228－3423

〔展示主要商品〕

臨床検査システム CLIP／CLIP-Pth／CLIP-Bct／CLIP-Web／
健診システム MEX-Plus®

特長：25年間のノウハウを凝縮しながらバージョンアップを重ねパッケージ化したシステムです。全国でのシリーズ納入実績は250施設を数えます。各検体分析装置はもちろん電子カルテシステム，オーダリングシステムや採血管準備システムなど関連システムとスムーズに連携ができ，施設内の情報連携の重要な役割を果たすことができます。また，ご施設様でシステムメンテナンスを行えるので時間およびコストを大幅に削減できます。

〔取扱い商品〕
・臨床検査システム　CLIP
・Web参照システム　CLIP-Web
・病理検査支援システム　CLIP-Pth
・細菌検査支援システム　CLIP-Bct
・総合健康診断支援システム　MEX-Plus®

オリンパス株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿２－３－１

設立年月日	：	1919年10月12日
資本金	：	483億3,200万円（2009年３月31日現在）
代表者名	：	取締役社長　菊川　剛
従業員数	：	連結　36,503名（2009年３月31日現在）
E－mail	：	kaori_yamada@ot.olympus.co.jp
URL(ホームページ)	：	http://www.olympus.co.jp/jp/lisg/bio-micro/
工場所在地	：	〒　　：
		TEL：
研究所所在地	：	〒　　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　ライフサイエンス国内営業部　東京営業
		TEL：03－6901－4040　　FAX：03－6901－4911

〔展示主要商品〕

システム顕微鏡　BX3シリーズ
顕微鏡用デジタルカメラ

特長：検査の現場で快適性と効率性の大幅アップ！無駄な作業を削減した新しい顕微鏡 BX3シリーズ。
高精細，高感度画像の高速取り込みを実現した1280万画素の顕微鏡用最高級デジタルカメラ

〔取扱い商品〕
共焦点レーザー走査型顕微鏡，インキュベーター顕微鏡，バーチャルスライドシステム，一分子蛍光分析システムなど
内視鏡ビデオスコープ，デジタル一眼カメラ，IC レコーダーなど

Ecologically Clean
ORGANO

オルガノ株式会社

〒136-8631 東京都江東区新砂１－２－８

設立年月日	：	昭和21年５月１日
資本金	：	82億2,549万円
代表者名	：	代表取締役社長兼 CEO　橋本 喜代志
従業員数	：	699名
E－mail	：	kiki-1@organo.co.jp
URL(ホームページ)	：	http://www.kikiweb.organo.co.jp
工場所在地	：	つくば工場
		〒300-2646：つくば市緑ヶ原２－３
		TEL：0298－47－8381
	：	いわき工場
		〒970-1144：いわき市好間工業団地１－66
		TEL：0246－47－0555
研究所所在地	：	〒229-0012：相模原市西大沼４－４－１
		TEL：042－702－7820　　FAX：
商品問合せ先	：	担当部門　：　機能商品事業部
		TEL：03－5635－5191　　FAX：03－3699－7220

〔展示主要商品〕

キャビネットタイプ純水製造装置／スーパーデサリナー　SDA-0080

特長：逆浸透膜（RO）と EDI（電気再生式脱塩）で構成された高品質純水製造装置で，血液自動分析装置用に最適です。従来のイオン樹脂のボンベ交換の手間がなく，高純度の水質を長時間供給できます。

〔取扱い商品〕
ラボラトリ用超純水製造装置「PURELAB Ultra」キャビネットタイプ純水製造装置「ピュアライト」「ミニクリア」カートリッジ純水器「G シリーズ」RO 装置「オスモクリア」自動再生純水製造装置「メガサーク」「MBA シリーズ」「ストラタ G」自動再生軟水装置「SAT シリーズ」「SAA シリーズ」ホモジナイザー「EXNIZER400」カップ式自販機用浄水器「オルガノフィルター」ミクロフィルター「ミクロポア」
その他　ろ過装置　大型超純水製造装置　排水処理装置　水処理薬品
　　イオン交換樹脂　など

Oy Medix Biochemica Ab

Asematie 13 FIN-02700 kauniainen Finland

設立年月日：	1985年	
資本金：		
代表者名：	Ismo Råman	
従業員数：	80名	
E—mail：	pekka hilden@medixbiochemica.com	
URL(ホームページ)：	http://www.medixbiochemica.com	
工場所在地：	〒　　：Joensuu, Finland	
	TEL：	
商品問合せ先：	担当部門　：　Mr. Pekka Hilden	日本総代理店：(株)クレハトレーディング
	TEL：+358—9—547—680	TEL：03—3639—8721
	FAX：+358—9—505—3441	FAX：03—3661—9594

〔展示主要商品〕

モノクローナル抗体各種

〔取扱い商品〕

・モノクローナル抗体各種
・迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティックテスト各種

当社は，1978年にMEDIX臨床検査センターで開発したモノクローナル抗体を販売以来，30年以上の経験をもつ数少ない会社のひとつで，1986年からは日本にも輸出しております。

当社では，新製品と新技術の開発のために毎年利益の20～30%をR&Dに投資しております。今後，従来のインビトロ・モノクローナル抗体の提供に加えて，更に高い技術をもって日本の顧客の方々を支援したいと考えております。

株式会社カイノス

〒113-0033 東京都文京区本郷2—38—18

設立年月日：	昭和50年5月1日
資本金：	8億3,141万円
代表者名：	中村 利通
従業員数：	134名
URL(ホームページ)：	http://www. kainos. co. jp
工場所在地：	〒309-1635：笠間市稲田字弥六内3—5 笠間西工業団地
	TEL：0296—74—4811　FAX：0296-74-4871
研究所所在地：	同　上
	TEL：0296—74—4882　FAX：0296—74—4885
商品問合せ先：	担当部門　：　学術部
	TEL：03—3816—4480　FAX：03—3816—6544

〔展示主要商品〕

生化学的検査試薬／アクアオートカイノスシリーズ

〔取扱い商品〕

1．生化学的検査試薬／アクアオートカイノスシリーズ，カイノスオートシリーズ，1,5AG測定試薬他
2．EIA試薬／FGF-23，ADAMTS13，CLEIA試薬／HISCL-2000i用試薬（PSA，AFP，CEA他）
3．免疫血清検査試薬／マストイムノシステムズII-S（アレルゲン特異IgE測定試薬），ヒタザイムクラミジアAb，ヒタザイムクラミジアニューモニエ，セラテスタム梅毒，CRP，ASO，RF,FDP，P-FDP，Dダイマー，FX III
4．遺伝子試薬・機器／スイフトジーンノロウイルスGI／GII「カイノス」（ノロウイルス検出試薬），スイフトジーンSW-FLU／H1「カイノス」，EXTRAGEN II（核酸抽出キット），ニュークリセンスMINI MAG，ニュークリセンスEasyQシステム他
5．POCT検査試薬／スタットチェック ストレップA-II，スタットマークFLUスティックAB，スタットマークRSVスティック，スタットマーク アデノスティック
6．機器／CA-90，CA-400，CA-400plus（生化学自動分析装置），HISCL-2000*i*（CLEIA）

関東化学株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町３－11－５　マルサンビル

設立年月日	昭和19年11月13日
資本金	10億円
代表者名	野澤 俊太郎
従業員数	1,088名
E－mail	diag-info@gms.kanto.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.kanto.co.jp
工場所在地	〒259-1146：伊勢原市鈴川21
	TEL：0463—94—8531
研究所所在地	〒　　：同　上
	TEL：同　上　　FAX：0463—94—2751
商品問合せ先	担当部門　：　ライフサイエンス部 技術課
	TEL：03—3667—8061　　FAX：03—3667—6891

〔展示主要商品〕

BiOLiS 12i

特長：二次元バーコードにより検量線・試薬ロット・有効期限などを管理した液状試薬によるクローズドシステムです。

〔取扱い商品〕

自動分析装置用試薬
　生化学試薬
　　シカリキッド　シリーズ
　　シカフィット　シリーズ
　免疫学試薬
　　サイアス　シリーズ

協和メデックス株式会社

〒104-6004 東京都中央区晴海１－８－10　晴海トリトンスクエア X-4F

設立年月日	昭和56年４月１日
資本金	４億5,000万円
代表者名	山口　正仁
従業員数	300名
E－mail	mxinfo@kyowa-kirin.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.kyowamx.co.jp
工場所在地	〒411-0932：駿東郡長泉町南一色600－１
	TEL：055—988—6000　　FAX：055—988—6005
研究所所在地	〒411-0932：駿東郡長泉町南一色600－１
	TEL：055—988—6018　　FAX：055—988—6020
商品問合せ先	担当部門　：　営業部
	TEL：03—6219—7602　　FAX：03—6219—7614

〔展示主要商品〕

HbA_{1c}分析装置：A_{1c} GEARK と DM-JACK Ex
血液凝固分析装置：COAGTRON-180及び350
全自動化学発光免疫測定装置：CL-JACK,
全自動便中ヒトヘモグロビン分析装置：HM-JACKarc

特長：A_{1c} GEAR は，グリコヘモグロビンの POCT 分析装置です。
　：COAGTRON は，４種の分析能を持つ血液凝固分析装置です。
　：各区分の分析装置を６種類出展する予定です。

〔取扱い商品〕

1．**生化学検査試薬**＊脂質検査項目：HDL-C，LDL-C 他
　＊糖尿病検査項目：HbA_{1c}，GLU 他＊生化学検査各種項目
2．**免疫検査試薬**＊ ADVIA Centaur-XP・CP と各種試薬の販売。
　＊ EIA プレート全自動分析装置：AP-96・AP-X。IL-2R，DUPAN-2他
3．尿試験紙ウロピース S と専用測定装置，UR-S600の販売。
4．糞便中ヘモグロビンの試薬と専用測定装置：HM-JACK arc の販売
5．血液凝固・線溶試薬の販売と COAGTRON-180・350の販売。
6．日臨技データ共有化管理資料 ACCURUN シリーズ Infectrol。

極東製薬工業株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7－8

設立年月日：	昭和27年7月12日
資本金：	7億8,300万円
代表者名：	菊地 博
従業員数：	250名
E－mail：	info@kyokutoseiyaku.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kyokutoseiyaku.co.jp
工場所在地：	〒318-0004：高萩市大字上手綱字朝山3333－26
	TEL：0293－23－0911
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：0293－23－0909　FAX：0293－23－7324
商品問合せ先：	担当部門　：　営業学術部
	TEL：03－5645－5664　FAX：03－5645－5703

〔展示主要商品〕

自動分析用ラテックス凝集比濁法試薬

特長：ラテックス凝集比濁法による血漿蛋白（フェリチン，シスタチンC等），感染症（梅毒血清反応，風疹ウイルス抗体，トキソプラズマ抗体等），血液凝固・線溶（FDP・Dダイマー）項目測定試薬を幅広く取り揃えております。各試薬とも汎用自動分析装置で測定できます。

〔取扱い商品〕

1．生化学検査用試薬／ランピアシリーズ，ピアンコーレシリーズ，コレステストシリーズ，その他
2．免疫血清検査用試薬／ランピアシリーズ，メディエースシリーズ，FTラテックスシリーズ，その他
3．微生物学的検査用試薬各種
4．真空採血管／インセパックシリーズ

KUBOTA 久保田商事株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3－29－9

設立年月日：	昭和37年3月12日
資本金：	5,000万円
代表者名：	久保田 史彦
従業員数：	
E－mail：	sales@kubotacorp.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kubotacorp.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部
	TEL：03－3815－1331　FAX：03－3814－2574

〔展示主要商品〕

多本架遠心機／モデル5930・8730・4000/4200

特長：各種チューブがバイオハザード対策用のシールドカバー内で使えます。バイオハザード対策用HEPAフィルタ付き［クラスⅠ］の安全キャビネットがセットできます。（オプション）

〔取扱い商品〕

KUBOTAブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売と，ガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販売しています。遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナップで，ますます多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

取り扱い商品は，下記のとおりです。

高速冷却遠心機，大容量冷却遠心機，ハイキャパシティ遠心機，ユニバーサル冷却遠心機，テーブルトップ遠心機，パーソナル冷却遠心機，卓上小型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心機，免疫血液学用遠心機，超音波発生装置，ガラス器具用全自動洗浄機各種，その他の理化学機器

株式会社クレハトレーディング

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町１－２－10　イトーピア日本橋SAビル

設立年月日	1940年３月11日
資本金	３億円（2010年４月１日現在）
代表者名	取締役社長　平松義行
従業員数	110名（2010年４月現在）
E－mail	sugisawa@kureha-trading.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.kureha-trading.co.jp
工場所在地	〒
	TEL：
研究所所在地	〒
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　化学品部メディカルグループ
	TEL：03—3639—8721　　FAX：03—3661—9594

〔展示主要商品〕

モノクローナル抗体各種

〔取扱い商品〕

・モノクローナル抗体各種
・迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティック各種

株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン

〒106-0047 東京都港区南麻布２－４－５皆川ビル５Ｆ

設立年月日	昭和58年６月１日
資本金	4,000万円
代表者名	古畑 達雄
従業員数	10名
E－mail	info@knf.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.knf.co.jp
工場所在地	〒
	TEL：
研究所所在地	〒
	TEL：
商品問合せ先	担当部門：営業部
	TEL：03—5443—5661

〔展示主要商品〕

ダイアフラム式ポンプ

特長：血液分析，生化学分析，免疫化学分析装置内での洗浄用途などで広くご好評頂いているダイアフラム式ポンプです。接液部の材質がPTFE，PVDFなど種類が豊富なため，次亜塩素酸など腐蝕性の高い洗浄液でも問題なく送液できます。さらに長寿命，音が静か，小型でパワフル，メンテナンスフリーなどの特徴があります。

〔取扱い商品〕

ダイアフラム式真空ポンプ
ダイアフラム式コンプレッサー
ダイアフラム式送液ポンプ
ダイアフラム式定量ポンプ

Kowa 興和株式會社

〒460-8625 名古屋市中区錦３－６－29

設立年月日：	昭和14年11月
資本金：	38億4,000万円
代表者名：	三輪 芳弘
従業員数：	2,100名
E－mail：	life@kowa.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kowa.co.jp
工場所在地：	〒　：
	TEL：　FAX：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　電機光学事業部　医用機器営業第二部　検査・計測機器営業課
	TEL：03－3279－7637　FAX：03－3279－7571

〔展示主要商品〕

血小板凝集測定装置／PA-200C

特長：1．レーザー光散乱粒子測定法。
2．濁度法では判定できない軽度の血小板活性化状態を，高感度で判定可能。
3．小・中・大の凝集塊の形成過程が観察でき，種々の凝集反応の特徴が解析可能。
4．攪拌のみで発生する自然凝集の測定も可能。

〔取扱い商品〕
血小板凝集測定装置　PA-200C

小林クリエイト株式会社

〒448-8656 刈谷市小垣江町北高根115

設立年月日：	昭和21年４月１日
資本金：	４億5,000万円
代表者名：	小林 友也
従業員数：	1,500名
E－mail：	iryou@k-cr.jp
URL(ホームページ)：	http://k-cr.jp/cgi-bin/iryo/topics.cgi
工場所在地：	〒448-8656：刈谷市小垣江町北高根115
	TEL：0566－26－5310
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　市場開発部　第二ビジネスグループ
	TEL：03－3553－5871　FAX：03－3553－2635

〔展示主要商品〕

採血業務支援システム／i・pres with

特長：自動貼り付け管種数が８種類の採血管準備システムです。制御PCと本体の一体化や，機器サイズ，メンテエリアの見直しで，設置スペースが更に小さくなりました。更に患者サービス向上，医療安全に不可欠な採血室表示照合システムと連携し，採血業務に従事する方々を支援します。

〔取扱い商品〕　１．システム開発
・臨床検査システム　SIMS　・検査報告照会システム　TRAS
・バーコードラベル発行システム
・巡回健診支援システム　T-MES
・施設健診支援システム　T-MES for Center
・EAN128バーコード発行システム
・臨床参考データ換算システム　CRCS
２．臨床検査自動化システム対応各種装置
・検体ラベルプリンター　KPシリーズ，ipシリーズ
・検体ラベル自動貼り付け装置　VLシリーズ
・採血業務支援システム　i・presシリーズ
３．医療用コンピュータ用紙，OMR／OCR用紙，検体ラベル各種，各種カード，医療用記録紙

コメットシステム株式会社

〒739-1732 広島市安佐北区落合南３－３－３

設立年月日：	平成７年３月２日
資本金：	1,000万円（2009年12月31日現在）
代表者名：	取締役社長　八重尾 浩行
従業員数：	12名（2009年12月現在）
E－mail：	yaeo@comet-s.com
URL(ホームページ)：	http://www.comet-s.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部　坂井康敏
	TEL：082－845－4404　　FAX：082－845－4403

〔展示主要商品〕

システム　**臨床検査ネットワークシステム『すい星フェニックス』**
細菌検査システム『すい星コロニー』
病理検査システム『すい星パス・ポケット』
輸血検査システム『すい星ブラッド』
Web 参照システム『すい星 Web』
試薬管理システム『すい星リージェント』

特長：弊社，臨床検査に関する各システムは，『ラボラトリーインフォメーション』（情報の発信は熟練された現場から）を合言葉に，現場の検査技師さんの声を最大限に取り入れた大変運用しやくカスタマイズに優れたシステムです。各種セキュリティーにも優れ，リーズナブルなシステム構築が可能です。

〔取扱い商品〕
臨床検査ネットワークシステム『すい星フェニックス』
細菌検査システム『すい星コロニー』
病理検査システム『すい星パス・ポケット』
輸血検査システム『すい星ブラッド』
Web 参照システム『すい星 Web』
試薬管理システム『すい星リージェント』

コンビメートリックス株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１－21－５　West21ビル

設立年月日：	平成13年５月15日
資本金：	１億5,926万円（2010年６月９日現在）
代表者名：	取締役社長　小菅 伸浩
従業員数：	５名（2010年６月９日現在）
E－mail：	sales@combimatrix.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.combimatrix.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　事業開発部
	TEL：03－5457－7117　　FAX：03－5457－0390

〔展示主要商品〕

Adhesives Research 社の感圧接着テープ

特長：本製品は接着，積層および生体外診断並びに関連した膜を基質とした免疫学的検定製品への組み込みに推奨される。
・非転写性アクリル接着剤
・不活性アクリル接着剤
・可撓性接着システム
・打ち抜き容易
・ガンマ線滅菌に耐性
・膜を基質とした機器に沿う流動が可能
・多様な検定に適合
・優れた適合性
・任意なデザインを容易にする
・滅菌工程に好適

〔取扱い商品〕
感圧塗料，テープ，コーティング，機能性フィルムとラミネート。

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

〒141-8673 東京都品川区東五反田３―20―14

設立年月日：	2007年７月１日
資本金：	
代表者名：	代表取締役社長 最高経営責任者　コン・グリラキス
従業員数：	
E―mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.siemens.co.jp/diagnostics
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様支援センター
	TEL：0120―543―455　FAX：0120―506―155

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

臨床検査試薬，医療機器，医療用ディスポーザブル製品，
生化学検査製品(ディメンションビスタ500，ディメンションビスタ1000T，ディメンションビスタ1500，ディメンションXpand Plus，ディメンションRxLMax，ディメンションEXL LM，ストラタスCS)，免疫検査製品（ADVIAケンタウルスXP，CP，イムライズ2000，イムライト2000XPi，BNプロスペック，BNII，BEPIII)，尿検査製品（クリニテックシリーズ，エームス尿検査試験紙）血液学検査製品（ADVIA2120i）血液ガス・電解質分析/データマネジメント製品（ラピッドラボ1200シリーズ，ラピッドポイント400シリーズ，ラピッドコム)，血中薬物検査製品(Viva-E)，微生物検査（マイクロスキャンWalkAway40/96Plus，autoSCAN-4)

シスメックス株式会社

sysmex

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通１－５－１

設立年月日：	昭和43年２月20日
資本金：	86億8,500万円（2009年３月31日現在）
代表者名：	代表取締役社長　家次　恒
従業員数：	1,954名（2009年５月31日現在）
E―mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sysmex.co.jp
工場所在地：	〒675-0011：加古川市野口町北野314―２
	TEL：079―424―1171(代表)
研究所所在地：	〒651-2271：神戸市西区高塚台４―４―４
	TEL：078―991―1911
商品問合せ先：	担当部門　：　国内事業推進本部
	TEL：078―992―6124　FAX：078―992―6159

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

総合血液学検査システム
多項目自動血球分析装置
全自動尿中有形成分分析装置
全自動血液凝固測定装置・血液凝固・線溶関連試薬
全自動免疫測定装置・免疫凝集測定装置・酵素免疫測定装置・免疫試薬
血液ガス分析装置・電解質分析装置
輸血検査関連試薬・生化学関連試薬
臨床検査情報システム　　血液検査用データ処理装置
血液細胞画像ファイリングシステム

シスメックス・ビオメリュー株式会社

BIOMÉRIEUX

〒141-0032 東京都品川区大崎1－2－2　大崎セントラルタワー8F

設立年月日：	1988年10月4日
資本金：	4億8,000万円
代表者名：	代表取締役社長　フランク・アドマン
従業員数：	40名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sysmex-biomerieux.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　臨床マーケティング部
	TEL：03—6834—2666　　FAX：03—6834—2667

〔取扱い商品〕

- 生培地各種，用手法細菌検査キット：アピ／ID32シリーズ（同定），Etest（感受性），ラテックス凝集法　スライデックスシリーズ（検出）
- 自動細菌分析装置：バイテック2／バイテック2コンパクト（同定・感受性），バクテアラート3Dシリーズ（血液培養・抗酸菌培養），PREVIカラーグラム（グラム染色），PREVIイソラ（塗抹）
- 自動免疫蛍光測定装置：ミニバイダス／バイダス（プロカルシトニン，甲状腺，生殖機能・不妊，腫瘍マーカー，循環器，血清，肝炎・エイズ，抗原検出，他）
- 感染症総合診断支援システム：バイオリンク3（オンライン・疫学統計）
- 遺伝子検査関連装置：DiversiLab（自動細菌タイピング装置），ニュークリセンスminiMAG（磁性シリカ核酸抽出），ニュークリセンスeasy MAG（磁性シリカ自動核酸抽出），ニュークリセンスEasyQ（リアルタイム遺伝子増幅・検出）

株式会社 常光

〒113-0033 東京都文京区本郷3—19—4

設立年月日：	昭和23年12月9日
資本金：	1億5,000万円
代表者名：	服部 健彦
従業員数：	220名
E—mail：	mail@jokoh.com
URL(ホームページ)：	http://www.jokoh.com
工場所在地：	〒439-0037：菊川市西方154
	TEL：0537—36—1577
研究所所在地：	〒213-8588：川崎市高津区宇奈根731—1
	TEL：044—811—9211　　FAX：044－811－9209
商品問合せ先：	担当部門　：　営業サービス部
	TEL：044—811—9211　　FAX：044—811—9204

〔展示主要商品〕

病理検査の即日診断のニーズにお応えする　Histra-GT，Histra-QS

特長：超音波による薬液浸透促進効果を利用し，バイオプシー検体であれば約1時間で固定からパラフィン浸透まで終了します。病理検査で特に時間のかかる脱灰や乳腺脱脂に促進効果を応用したHistra-DCもございます。

〔取扱い商品〕

＊全自動電気泳動装置：CTE-9800，CTE-2800，CTE-880
＊血液ガス分析装置：携帯型アーマ2000
＊電解質分析装置：(Na，K，Cl)：EX-D（透析モード付き），EX-Z
＊電解質分析装置：(Na，K，Ca)：EX-Ca（透析モード付き）
＊自動血沈計：モニター12，モニター20，モニター40，モニター100(レート法)
＊リポ蛋白分画精密測定試薬キット：リポフォー
＊ HER2／neu遺伝子の増幅・検出　ヒストラHER2FISHキット
＊自動固定包埋装置：Histra-GT，Histra-QS
＊迅速脱灰・脱脂・固定装置：Histra-DC
＊密閉型自動固定・洗浄装置：Histra-FX

積水メディカル株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋３－13－５ KDX 日本橋313ビル

設立年月日：	2008年４月１日
資本金：	12億7,500万円
代表者名：	福田 睦
従業員数：	844名（2010年４月１日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sekisuimedical.jp/
工場所在地：	〒301-0852：竜ヶ崎市向陽台３－３－１（つくば工場）
	TEL：0297—62—7551
研究所所在地：	同 上 （つくば研究所）
	〒746-0006：周南市開成町4560（徳山研究所）
	TEL：0834—63—8841
商品問合せ先：	担当部門 ： 学術担当
	TEL：0120—249—977 FAX：0120—249—977

〔展示主要商品〕

血液凝固自動分析装置コアプレスタ®2000，ラピッドピア®，糖尿病関連，他

〔取扱い商品〕

糖尿病領域（測定装置）ラピッドピア®(試薬）ラピッドチップ®BNP，ノルディア®N HbA1c，U-ALB・シスタチンC，ルシカ®GA・MI他
メタボ領域（測定装置）日立クリニカルアナライザーS40，M40，H9000（試薬）コレステスト®NHDL・LDL・CHO・TG，酸化LDLエライザ「第一」他
血液領域（測定装置）コアプレスタ®2000（試薬）ナノピア®(P-FDP・Dダイマー，テストチーム®S AT III・APL・PLG・プロテインC，コアグピア®(PT-N，APTT-N，複合Tテスト，複合Hテスト，Fbg，SF）他
リウマチ領域（試薬）パナクリア®MMP-3「ラテックス」，ナノピア®「KL-6」エーザイ
POCT（感染症）領域（試薬）ラピッドテスタ®（FLUスティック，FLU II，RSV-アデノ，ロタ-アデノ，ストレップA，hsアデノ）
TDM ナノピア®，セディア®，ディーアールアイ®TDM
遺伝子（測定装置）ジェネライザー2C601（試薬）クリニチップ®HPV，インベーダー®UGT1A1アッセイ，UGT1A1＊27判定試薬
採血管：インセパック®II-D，II-ST

CELLAVISION セラビジョン・ジャパン㈱

〒220-8120 横浜市西区みなとみらい２－２－１ランドマークタワー20F

設立年月日：	2008年３月14日
資本金：	1,000万円
代表者名：	松本 耕一
従業員数：	２名
E－mail：	info@cellavision.jp
URL(ホームページ)：	www.cellavision.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL： FAX：
商品問合せ先：	担当部門 ：
	TEL：045-670-7110 FAX：045-670-7001

〔展示主要商品〕

血液像分類装置／CellaVision® DM96

特長：自動顕微鏡に精巧なデジタルイメージ分析技術と最先端の人工頭脳を組み合わせた全自動血液像分類システムです。一つの細胞から300以上の特徴を抽出解析することで，芽球や幼弱細胞を含めた12種類の白血球細胞と６種類の非白血球細胞に分類します。分類された細胞をグループごとに表示，細胞を拡大することも出来ます。同時に赤血球を６種類の特性に自動解析し，スメア全体と解析結果を表示します。

株式会社 セントラル科学貿易

〒111-0052 東京都台東区柳橋1－8－1

設立年月日：	昭和42年6月20日
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役　下田　孝一郎
従業員数：	
E－mail：	tokyo@cscjp.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.cscjp.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　バイオメディカルサイエンス部
	TEL：03—5820—1500　　FAX：03—5820—1515

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

○全自動電解質分析装置　PVA-EX II
○生化学自動分析装置　Piccolo xpress
○マルチドロップ384/S60スタッカー
○ M384アトラスウォッシャー/タイタンスタッカー
○高精度分析装置　Digiflex TP（アペルケンダル用）
○空中浮遊菌採取装置　RCS エアーサンプラー
○小型ヘマトクリット用遠心機　HemataSTAT II
○高速遠心機　プラズマプレップ
○プレートリーダー，ウォッシャー
○細胞破砕システム　ポリトロン，ブランソン
○微量送液ポンプシステム
○ディスポ製品（ストックウェル，コパン社）
○ミキサー（チューブ，プレート），シェーカー，ファインボルテックス

ダイアシスジャパン株式会社

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5－1－14

設立年月日：	2006年1月23日
資本金：	1,000万円（2010年6月7日現在）
代表者名：	代表取締役　赤木 佳彦
従業員数：	4名（2010年6月現在）
E－mail：	administration@diasys-japan.com
URL(ホームページ)：	http://www.diasy-japan.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：078—242—6701　　FAX：078—242—6702

〔展示主要商品〕

グルコース分析装置　センソスター GLH one

特長：グルコース・乳酸の2項目，またはヘモグロビンを加えた3項目が同時に測定できる POCT 機器です。
全血による測定が可能なため，検体前処理の必要はありません。
自動キャリブレーション機能を装備しているので，正確な測定が可能です。

〔取扱い商品〕

◆生化学液状試薬：尿中／CFS マイクロアルブミン，α-Amylase，Pancreatic Amylase，Lipase，Creatinine PAP，Homocysteine，ATP 他
◆免疫血清試薬：CRP U-hs，IgG，IgM，IgA，Transferrin 他
◆食品検査試薬：アンモニア，エタノール，D-フラクトース，D-グルコース，グリセロール他
その他，キャリブレーター・コントロール血清など試薬類は全て OEM・バルクにて供給しております。

DAISEN SANGYO 大扇産業株式会社

〒534-0021 大阪市都島区都島本通1—15—17

設立年月日：	1963年
資本金：	8,000万円
代表者名：	代表取締役　合田 昭男
従業員数：	30名
E—mail：	info-medical@daisen-sangyo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.daisen-sangyo.co.jp.
工場所在地：	〒930-0401：中新川郡上市町広野新269
	TEL：0764—73—0336
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル事業部
	TEL：03—5276—0202　　FAX：03—5276—0203

〔展示主要商品〕

自動開栓装置／ARD シリーズ

特長：ゴム栓タイプ真空採血管のゴム栓を自動で開栓します。開栓時の血清等の飛散や検体間のコンタミを防止します。

〔取扱い商品〕

〈検体前処理システム〉

○自動開栓装置（APN シリーズ）　フィルム栓用（卓上型含む）
（ARD シリーズ）　ゴム栓用・プラスチック栓（ヘモガード）用（卓上型を含む）

○自動検体シーラー（ATS100）

○検体自動仕分装置（HANDSOME／ハンサム）

〈成形品〉

○分注用ロングチューブ

○シーラー用テープ

○ピペッティングチップ（200μ，1000μ，3500μ）

○検査用各種チューブ

ディバジャパン株式会社

〒154-0012 東京都世田谷区駒沢3—28—11　アーバン駒沢

設立年月日：	昭和21年2月3日
資本金：	800万円（2010年6月7日現在）
代表者名：	ゲーリー・ライマー　取締役社長
従業員数：	1名（2010年6月現在）
E—mail：	gary.rymar@dibaind.com
URL(ホームページ)：	http://dibaind.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：03—5779—6772　　FAX：03—3424—7255

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

1．医療機器や解析科学装置に，流体処理用のカスタムとスタンダード製品をお届けします。フッ素重合体フレアとフェルール付きのチューブ・アセンブリ，レベルセンサー付きの吸引／分注用プローブ，インライン試薬加熱器など。

2．ラボや研究所の分析器や分析システム内の液体処理製品：特性ボトルキャップ，LC プレップカラム，チューブコネクタ，チューブアダプター，手動バルブ，泡トラップなどの様々製品

特長：1．Click-N-Seal（クリックアンドシール）：チューブを接続する場合，「締めすぎ」と「不十分締め」の両問題を防ぐ画期的なトーク制限フイッティング。ナットを回して，「カチッ」という音を聞くと，適当なトークに達したということの確認。フレア，フェルール，グリッパ，バーブ（とげ）などのタイプもあります。

2．DP3 SS チューブ内面研磨技術：『キャリオーバー』（前回の検査から残った試薬やサンプル）を防ぐための吸収・分注プローブ内面の研磨加工。内面の凸凹をスムーズに，残りの液体の減少。

株式会社テクノメディカ

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5—5—1

設立年月日：	昭和62年9月8日
資本金：	10億6,980万円
代表者名：	實吉 繁幸
従業員数：	151名
E—mail：	info@TechnoMedica.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.TechnoMedica.co.jp
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒224-0041：横浜市都筑区仲町台5—4—9
	TEL：045—948—5901
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：045—948—1961　FAX：045—948—1962

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC・ROBO-787

特長：採血情報に基づき自動的に採血管を選択してラベルを印刷，貼りつけして1患者ごとにトレイに準備できます。高速処理能力，豊富なオプションがあり，シェアは90%前後を占めております。

〔取扱い商品〕

●オールインワン型採血管準備システム；BC・ROBO-787●自動採血管準備装置；BC・ROBO-686●自動採血管準備装置；BC・ROBO-888●小型採血管準備システム；BC・ROBO-mini40●採血採尿アシストソリューションシステム●ハルンカップラベラ；HARN-710●自動尿分取装置；UA・ROBO-600B●全自動尿分析・分取装置；UA・ROBO-700i●一般検査前処理システム；UA・LABELER-1● PIS 患者認識システム●全自動pH／血液ガス分析装置；GASTAT-600Series，GASTAT-1800 Series（全12モデル）●電解質分析装置；STAX-3●ハンディ型血液ガス分析器；GASTAT-navi●自動血沈測定装置；ESR-quick 15●赤血球沈降速度測定機 ESR-6000BP●赤沈自動測定装置；Quick eye●赤血球沈降速度測定装置；Quick eye8●非接触型　静脈可視化装置；StatVein●尿中酸化ストレスマーカー測定システム；ICR-001●日常校正イオン電極用常用標準血清 ISE CRS

生研 デンカ生研株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3—4—2

設立年月日：	昭和25年2月11日
資本金：	10億円
代表者名：	代表取締役社長 豊岡 重利
従業員数：	514名
E—mail：	info@denka-seiken.co.jp
URL(ホームページ)：	http://denka-seiken.jp
工場所在地：	〒959-1695：五泉市南本町1—2—2
	TEL：0250—43—4111
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　学術営業推進部
	TEL：03—3669—9091　FAX：03—3664—1023

〔展示主要商品〕

sd LDL-EX「生研」

特長：汎用自動分析装置で small，dense LDL コレステロールが測定可能になりました！

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」

TP，ALB，CRE，UA，GLU，TG，T-CHO，LDL，HDL，PL，Mg，IP，GOT，GPT，LD，ALP，γ-GT，CK，AMY

ラテックス試薬シリーズ

CRP，RF，ASO，AFP，BMG，Mb，IgE，FER，Lp(a)，αMi，シスタチンC

TIA 試薬シリーズ

IgG，IgA，IgM，C3，C4，U-ALB

東京貿易機械株式会社

〒104-8510 東京都中央区八丁堀２－13－８

設立年月日：	平成18年10月１日
資本金：	４億円
代表者名：	取締役社長　五阿弥 英也
従業員数：	約100名（関連会社含む）
E－mail：	ono-y@tokyo-boeki.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.tokyo-boeki-kikai.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒197-0823：あきる野市野辺569－６
	TEL：042－532－8271　FAX：042－532－8234
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル機器事業部
	TEL：03－3555－7353　FAX：03－3555－7367

〔展示主要商品〕

多機能自動分析装置ビオリス24ｉプレミアム，ビオリス12i

ビオリス24ｉプレミアム特徴

①処理能力：240テスト/時（ISE 項目を含む場合400テスト/時）
②同時測定項目数：36項目または24項目＋ISE ３項目（オプション）
③測光系の改良により，当社比最大40％の反応液の微量化を実現
④サイズ：800W×670D×520H(mm)
⑤パソコンによる簡単操作（更に操作を簡易化した夜間モード有）
⑥国内約380台，海外(60余ヵ国）約2800台の合計3200台以上の販売実績

ビオリス12i 特徴

①処理能力：90テスト/時（ISE を同時測定する場合100テスト／時）
②同時測定項目数：15項目＋ISE ３項目（オプション）
③サイズ：520W×605D×435H(mm)
④小規模検査室，クリニック等に最適

ビオリスシリーズ共通の特徴

①多彩なオプション：専用検査報告書システム，専用純水装置等
②反応液の空気圧攪拌：攪拌子を用いない空気圧攪拌システム
利点　攪拌子が原因となるキャリーオーバー回避・攪拌子のための洗浄水不要

東芝メディカルシステムズ株式会社

〒324-8550 大田原市下石上1385

設立年月日：	昭和23年９月23日
資本金：	207億円
代表者名：	小松 研一
従業員数：	約3,300名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.toshiba-medical.co.jp/tmd/index.html
工場所在地：	〒324-8550：大田原市下石上1385
	TEL：0287－26－6211　FAX：0287－26－6050
研究所所在地：	同上
	TEL：　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　検体検査システム事業部
	TEL：0287－26－5021　FAX：0287－26－5026

〔展示主要商品〕

自動分析装置　TBA™-c16000（c シリーズ）

特長：検体間キャリーオーバの低減により，化学発光免疫測定機能の追加が可能。ピックアップ方式のインテリジェントラックサンプラーにより，検体の操作性が飛躍的に向上できる。

〔取扱い商品〕

医用機器（診断用Ｘ線装置，医用Ｘ線 CT 装置，磁気共鳴画像診断装置，超音波画像診断装置，放射線治療装置，診断用核医学装置，医用検体検査機器，医療機関向け情報システム など）の製造，販売，技術サービス

東ソー株式会社

TOSOH

〒105-8623 東京都港区芝３－８－２

設立年月日：	昭和10年２月11日
資本金：	406億円
代表者名：	代表取締役社長 宇田川　憲一
従業員数：	2,761名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.tosoh.co.jp
工場所在地：	〒746-8501：周南市開成町4560
（他２工場）	TEL：0834－63－9800
研究所所在地：	〒252-1123：綾瀬市早川2743－１
（他２研究所）	TEL：0467－77－2211
商品問合せ先：	担当部門　：　バイオサイエンス事業部 営業部
	TEL：03－5427－5181　　FAX：03－5427－5220

〔展示主要商品〕

自動 EIA 装置 AIA-900，自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G9

特長：小型，高精度で診療前検査をはじめ迅速測定に最適。

〔取扱い商品〕

①自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-360）
②全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-900）
③全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-2000）
④酵素免疫測定用試薬（Eテスト「TOSOH」IIシリーズ）
⑤東ソー自動グリコヘモグロビン分析計（HLC-723G9）
⑥東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC-725CA II）
⑦TRCR リアルタイムモニター（TRCRapid-160）
⑧TRCR リアルタイムモニター（TRCRapid-480）
⑨核酸検出試薬（TRCRapid シリーズ／TRCtest シリーズ）
⑩核酸抽出キット（EXTRAGEN II）

東洋器材科学株式会社

TYK TOYO KIZAI

〒335-0003 蕨市南町４－７－10

設立年月日：	昭和47年12月１日
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役社長 佐藤 英輔
従業員数：	45名
E－mail：	tykkizai@toyo-kizai.co.jp
URL(ホームページ)：	http//www.toyo-kizai.co.jp
工場所在地：	〒335-0003：蕨市南町４－７－10
	TEL：048－447－3381
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：048－447－3381　　FAX：048－431－4685

〔展示主要商品〕

エコ採便管，スピッツ，サンプルカップ各種

特長：技師の方々にも引けを取らない塗布精度と処理能力の自動検便塗布装置とそれに適した採便管です。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品

・スピッツ
・スポイト
・チューブ
・シャーレ
・サンプルカップ
・採便管
・カップ類
・採水瓶
・スワブ

東洋紡エンジニアリング株式会社

〒530-0003 大阪市北区堂島２－１－16　フジタ東洋紡ビル

設立年月日：	昭和47年７月10日
資本金：	１億2,000万円（2009年６月現在）
代表者名：	代表取締役社長　南齋 生二
従業員数：	223名（2009年６月現在）
E－mail：	yosuke_mitsui@toyobo-eng.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.toyobo-eng.co.jp
工場所在地：	〒595-0042：泉大津市高津町５番11号
	TEL：0725－32－0246
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　産業プラント事業本部　機器事業部　医用機器部
	TEL：06－6348－3357　　FAX：06－6348－9455

〔展示主要商品〕

①RO純水製造装置　TRO（iアクア）シリーズ
②連続電気再生式イオン交換純水製造装置　(Electro Deionization)

特長：①東洋紡製耐塩素性逆浸透（RO）膜搭載
・イオン交換樹脂ボンベワンタッチ交換
・コンパクトボディー
・お知らせ・自己診断機能付き
・年中無休24時間のメンテナンス体制
②連続電気再生式イオン交換（Electro Deionization）モジュールを搭載
・イオン交換樹脂ボンベの交換が不要
・優れた水質安定性
・コンパクトボディー
・iシリーズの安心・安全機能を継承
・年中無休24時間のメンテナンス体制　・オプション機能の充実

〔取扱い商品〕
小型RO純水製造装置　TRO（iアクア）シリーズ，連続電気再生式イオン交換純水製造装置SEDiシリーズ，中央材料室，薬剤部向けRO純水製造装置PCシリーズ，人工大理石製手洗装置，ステンレス製手洗装置，壁掛式UF手洗装置，調乳装置

TOYOBO 東洋紡 東洋紡績株式会社

〒530-8230 大阪市北区堂島浜２－２－８

設立年月日：	1914年６月１日
資本金：	433億円
代表者名：	取締役社長　坂本 龍三
従業員数：	3,096名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.toyobo.co.jp/seihin/dsg/
工場所在地：	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7641
研究所所在地：	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7643
商品問合せ先：	担当部門　：　診断システム事業部
	TEL：06－6348－3335　　FAX：06－6348－3833

〔展示主要商品〕

U-SCANNER II，POCube®，GENECUBE®

特長：U-SCANNER IIは，画像解析による自動分類を特長とする尿中有形成分分析装置です。
POCube®は，POCTに適したコンパクトサイズで高感度検出を実現した小型化学発光免疫自動分析装置です。
GENECUBE®は，核酸抽出から増幅・検出まで最短30分で実行可能な全自動遺伝子解析装置です。

〔取扱い商品〕
・尿中有形成分分析装置U-SCANNER II
・POCube®専用試薬ピオキューブ®CRP
・GENECUBE®専用試薬ジーンキューブ®テストピロリ23SrRNA
・ニコカード　HbA_{1c}，CRP　など

トリナ・バイオリアクティブス日本支社（CHプロジェクトマネジメント社内）

〒100-0014 東京都千代田区永田町2—17—8

設立年月日	1994年
資本金	1,000万スイスフラン
代表者名	ハイジ・フルッキガー
従業員数	12名
E—mail	trina@alles.or.jp
URL(ホームページ)	http://www.trinabio.com
工場所在地	本社と同じ
	TEL：
研究所所在地	本社と同じ
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　日本営業部　富澤崇人
	TEL：(日本語直通)＋41-44-942 38 64　FAX：＋41—44—905 20 11 TEL：(代表)　＋41-44-905 20 10
	TEL：03—3503—5628　FAX：03—3503—1575

〔展示主要商品〕

加工バルクベース血清／トリナベース

特長：IVD試薬のコントロール・キャリブレーターのバルク原料用として，カスタム依頼で一定の項目をゼロレベル・指定レベルに合わせたバルク血清

〔取扱い商品〕

1. バルク人血清・血漿
2. バルク陽性人血漿
3. バルク蛋白（抗原）・抗体
4. 中間処理のバルクカスタムコントロール原料

日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野3—23—9

設立年月日	1935（昭和10）年4月6日
資本金	44億5,000万円
代表者名	佐々　義廣
従業員数	335名
E—mail	diag-sale@nissui-pharm.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.nissui-pharm.co.jp
工場所在地	〒307-0036：結城市北南茂呂1075—2
	TEL：0296—35—1221　FAX：0296—35—1217
研究所所在地	〒　：同上
	TEL：0296—35—1225　FAX：0296—35—1579
商品問合せ先	担当部門　：　診断薬マーケティング部学術・企画グループ
	TEL：03—5846—5707　FAX：03—5846—5676

〔展示主要商品〕

全自動迅速同定感受性測定装置／ライサス，ライサスエニー

特長：①同定・感受性結果を最短3時間で得ることができます
②菌液をセットするだけで，自動的に希釈・分注・培養・測定・回収を行います。
③ストレプトコッカス属やヘモフィルス属の自動測定が可能です。

〔取扱い商品〕

蛍光免疫測定装置：エバネットEV20
全自動エンザイムイムノアッセイ装置：AIA-2000，AIA-600II，AIA-360，AIA-900
精度管理用凍結管理血清：L-コンセーラI EX，II EXL-スイトロールI，II，II EX，L-トライロールEX
細菌培養用生培地：ニッスイプレート，ニッスイ分画プレート

日東機器ファインテック株式会社

〒108-0073 東京都港区三田３－11－36　三田日東ダイビル8F

設立年月日	平成18年02月09日
資本金	5,000万円（2010／06／18現在）
代表者名	取締役社長　荒井 清貴
従業員数	14名（2010年６月現在）
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.nitto-fine.co.jp/
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　大阪営業所
	TEL：06－4707－3971　　FAX：06－4707－3944

〔展示主要商品〕

ニュクリポア・ポリカーボネート・トラックエッチ・メンブレンフィルター

特長：ポリカーボネートフィルムに均一な円筒形の孔が無数にあいた，シャープな孔径分布を持ったメンブレンフィルターです。このフィルターは篩（ふるい）として機能し，孔径より大きな粒子を表面捕捉します。表面が平滑なので捕捉した微粒子や微生物・細胞の顕微鏡観察が容易です。観察粒子検査，細胞診断，ケモタキシス，液体の清澄化，リポソームの整粒，蛍光顕微鏡法，ガス透過膜，バイオセンサー等に使用されています。

- 均一な孔径なので正確なろ過が可能。
- 厚さ6～11μmの薄膜でありながら強度が高いために押出しろ過への利用可。
- 孔径は0.015～12.0μm，標準サイズはϕ13～293mm，他形状も製作可。
- 透明度が高いために光学的手法による粒子検査にも最適。
- フィルター素材の剝離無し。

〔取扱い商品〕

New HCカートリッジフィルター
HCPCカートリッジフィルター
直接検鏡用装置
各種純水製造装置

ニットーボーメディカル株式会社

〒102-0073 東京都千代田区九段北３－２－11

設立年月日	昭和62年８月28日
資本金	３億円
代表者名	片山 勝博
従業員数	60名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.nittobo-nmd.co.jp/
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　学術グループ
	TEL：03－3238－4541　　FAX：03－3238－4591

〔展示主要商品〕

栄養アセスメント蛋白 等

特長：汎用の自動分析装置で簡単に測定可能です。

〔取扱い商品〕

生化学系液状試薬（CRE，BUN，CPK他）
免疫比濁法試薬（免疫グロブリンG，A，M，C3，C4，Tf，PreAlb他）
Latex免疫比濁法試薬（CRP，RF，ASO，β_2-m，RBP等）
血液凝固因子測定試薬（AT－III，PLG等）
腫瘍マーカー（CSLEX）
理化学用洗浄剤
尿沈渣管
血管位置検出器具

NIPPN ニップンテクノクラスタ株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場１—30—５ 千寿ビル４Ｆ

設立年月日	1998年１月５日
資本金	3,000万円
代表者名	久保田 肇
従業員数	21名
E—mail	info@nippntechno.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.nippntechno.co.jp
工場所在地	〒　　：
	TEL：
アプリケーションラボ	〒169-0075：新宿区高田馬場１—30—５　千寿ビル５階
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：
	TEL：03—5287—6761　　FAX：03—5287—6765

〔展示主要商品〕

イムノクロマト法テストストリップ用研究開発装置／製造システム

特長：急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究／開発から製造ラインまで，個々のモジュールを組合せることにより，トータルシステムとして供給することのできる世界唯一の専門メーカーです。

〔取扱い商品〕

- イムノクロマト法テストストリップの研究開発／製造システム
- Bangs Laboratories 社　各種 Microspheres
- G&L 社　各種粘着テープ

NIPRO ニプロ株式会社

〒531-8510 大阪市北区本庄西３—９—３

設立年月日	昭和29年７月８日
資本金	286億6,300万円
代表者名	佐野　實
従業員数	2,216名
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www.nipro.co.jp/
工場所在地	〒018-5794：大館市二井田字羽貫谷地８—７
	TEL：0186—49—5111
研究所所在地	〒525-0055：草津市野路町3023
	TEL：077—564—0500
商品問合せ先	担当部門　：　検査商品開発営業部
	TEL：06—6373—3168　　FAX：06—6373—8978

〔展示主要商品〕

グルコース分析装置・採血管・採血針ホルダー付・生化学・免疫検査試薬

〔取扱い商品〕

各種ディスポーザブル医療機器および検査用医療機器。体外診断薬，医薬品。

人工腎臓用装置，ダイアライザー等。

日本カンタム・デザイン株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋２－40－13　池袋デュープレックス ビズ3F

設立年月日：	平成９年７月１日
資　本　金：	6,000万円（2010年７月16日現在）
代表者名：	代表取締役社長　田口 昌二
従業員数：	27名（2010年７月現在）
E－mail：	at@qdj.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.qd-japan.com/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　先端技術部ナノバイオグループ：綿　修平
	TEL：03－5954－8571　　FAX：03－5954－6570

〔展示主要商品〕

１．イムノクロマト法試薬　研究・開発・試作用システム　BioDot 社
２．イムノクロマト法試薬　自動検査/生産システム

特長：BioDot 社製品は日本国内で80社以上のユーザ。同市場ニーズに基づき日本カンタム・デザインでは，自動検査/生産システムを設計・開発致します。

日本ケミファ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町２－２－３

設立年月日：	1950年（昭和25年）６月16日
資　本　金：	43億400万円（2009年３月末現在）
代表者名：	代表取締役社長　山口 一城
従業員数：	624名（2009年３月現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.chemiphar.co.jp
工場所在地：	〒308-0112：茨城県筑西市藤ヶ谷字赤坂799－１
	TEL：0296－37－2211　　FAX：0296－37－2243
研究所所在地：	〒341-0005：埼玉県三郷市彦川戸１－22－１
	TEL：048－953－8265　　FAX：048－953－8269
商品問合せ先：	担当部門　：　臨床検査薬事業部
	TEL：03－3851－2974　　FAX：03－3862－2645

〔展示主要商品〕

装置　自動グリコヘモグロビン分析計
試薬　アレルギー特異 IgE 測定試薬

特長：小型・高精度で，診療前検査をはじめ迅速測定に最適な医療機器および体外診断薬です。
昨今注目されているメタボリックシンドローム，アレルギー領域における迅速検査を提供します。

〔取扱い商品〕

・アレルギー特異 IgE 測定装置　DiaPack2000
・アレルギー特異 IgE 測定試薬　オリトン IgE「ケミファ」
・自動グリコヘモグロビン分析計
・ヘモグロビン A1c 血糖測定用搬送システム
・その他医療機器用洗剤各種

NIHON KOHDEN　日本光電工業株式会社

〒161-8560 東京都新宿区西落合 1 —31— 4

設立年月日：	1951年8月7日
資本金：	75億4,400万円（2009年9月30日現在）
代表者名：	鈴木 文雄
従業員数：	3,570名（グループ）（2009年9月30日現在）
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.nihonkohden.co.jp/
工場所在地：	〒　　：富岡市，鶴ヶ島市，深谷市
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　企画センタ
	TEL：03—5996—8028　　FAX：03—5996—8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK-8222，MEK-7222，MEK-6400，CRP-3100

特長：血球計数装置は小型機から白血球5分類を含む22項目全自動測定機までをラインナップ，CRP測定器は微量の全血（必要検体量は5μL）で全自動測定が行えるなど，Celltacシリーズは機種を豊富に取りそろえています。いずれも高機能・高精度でありながら簡単・迅速・低ランニングコスト。ひとにやさしく環境にもやさしい検査装置です。Celltacはルーチン検査や緊急検査，主装置のバックアップ機として最適な使用環境を提供いたします。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位・筋電図検査装置，心電計，検体検査装置，モニタリング機器，人工呼吸器，除細動器，AED（自動体外式除細動器），心臓ペースメーカ，運動負荷試験システム，画像診断装置，心カテ室関連機器，救命救急機器，基礎医学研究用機器，各種センサなど

公益財団法人日本適合性認定協会

JAB

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1 —22— 1　五反田ANビル3F

設立年月日：	平成5年11月1日
資本金：	1億1,435万円
代表者名：	金井　務
従業員数：	52名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.jab.or.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　認定センター
	TEL：03—3442—1217　　FAX：03—5475—2780

〔展示主要商品〕

特長：

〔取扱い商品〕

- 臨床検査室，試験所，検査機関の認定および登録
- マネジメントシステム認証機関，要員認証機関の認定および登録
- 製品認証機関の認定および登録
- MRA法に基づく指定調査業務（国の代行業務）

JEOL 日本電子株式会社

〒196-8558 昭島市武蔵野３－１－２

設立年月日：	昭和24年５月30日
資本金：	67億4,000万円
代表者名：	代表取締役社長兼 COO 栗原 権右衛門
従業員数：	3,103名
E－mail：	webmaster@jeol.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.jeol.co.jp/
工場所在地：	〒196-8558：昭島市武蔵野３－１－２
	TEL：042－543－1111
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：042-542-2316　　FAX：042-542-3132
商品問合せ先：	担当部門　：　医用機器ソリューション営業本部
	TEL：042－528－3325　　FAX：042－526－5096

〔展示主要商品〕

自動分析装置／BioMajesty JCA-BM シリーズ
臨床検査情報処理システム／JCS-50L，他

特長：自動分析装置 BioMajesty® シリーズは，反応液量の微量化と高速処理を実現し，患者さんの負担減と検査の効率化に貢献いたします。

〔取扱い商品〕

■自動分析装置　BioMajesty JCA-BM/6070/6050/6010/9130/8000シリーズ (8060/8040/8030/8020)
■検体ラックハンドラ：CA-RAmini，100，101，200，300，600
■検体自動搬送システム　JLA-701T
■臨床検査情報処理システム　JCS-50L
■全自動アミノ酸分析機　JLC-500/V
■電子顕微鏡／表面分析装置／元素・構造分析装置／クロマト装置
素子製造装置／評価・検査装置／高周波応用装置／電子・イオンビーム応用装置・医用診断装置

PALL 日本ポール株式会社　ポール ライフサイエンス カンパニー

〒163-1325 東京都新宿区西新宿６－５－１

設立年月日：	1982年７月１日
資本金：	11億2,000万円
代表者名：	川田　典昭
従業員数：	412名
E－mail：	reiji_kobayashi@ap.pall.com
URL(ホームページ)：	http://www.pall.com
工場所在地：	〒300-0315：稲敷郡阿見町大字香澄の里46
	TEL：029－889－0001
研究所所在地：	〒300-0315：稲敷郡阿見町大字香澄の里46
	TEL：029－889－1951
商品問合せ先：	担当部門　：　製薬フィルター事業部ラボ製品グループ
	TEL：0120－801－156　　FAX：03－6386－0994

〔展示主要商品〕

イムノクロマト用血漿分離膜・ニトロセルロース膜・コンジュゲートパッド・吸収パッド，血球除去膜，グラスファイバー，各種メンブレン，抗体精製用クロマトグラフィーカラム，限外ろ過製品

特長：ポールは臨床検査に重要な抗体精製プロセスの効率化とコストダウンを提案します。抗体精製用クロマト担体として MEP HyperCel はプロテイン A/G に比べ性能面・価格面で優位性を示し，限外ろ過デバイス（遠心ろ過製品・TFF システム）は抗体溶液のバッファー交換・濃縮等に威力を発揮します。

〔取扱い商品〕

ポール独自のメンブレン技術により臨床検査キットに適した多孔質メンブレンを各種取り揃えております。特に血漿分離膜 Vivid PS は，溶血を抑えたスムーズな血球分離性能により，全血を対象とした緊急検査用イムノクロマトキットの部材として最適です。使用目的に応じて GF，GX，GR の３種類のタイプからお選びいただけます。また，昨年よりニトロセルロース膜もラインアップし，イムノクロマトキットに必要なすべてのメンブレンを幅広くご提供することが可能になりました。製品形態もお客様のニーズに応じて，ストリップ状から最長150M のロールまで柔軟に対応いたします。

MILLIPORE 日本ミリポア株式会社

〒108-6023 東京都港区港南２－15－１　品川インターシティＡ棟23F

設立年月日	平成13年１月30日
資本金	４億5,000万円
代表者名	代表取締役社長　細田 裕之
従業員数	230名
E－mail	jpmcom@millipore.com
URL(ホームページ)	http://www. millipore. com/nihon
工場所在地	カルフォルニア(アメリカ), コーク(アイルランド), モルシャイム(フランス)他
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　ダイアグノスティックストラテジックビジネスユニット（DSBU）・ラボラトリーウォーター事業本部
	TEL：0120-633-358（イムノクロマトグラフィー用各種部材・体外診断薬・製造用抗体、試薬など），0120-013-148（純水・超純水製造装置）
	FAX：03－5460－0688

〔展示主要商品〕

イムノクロマトグラフィー用メンブレン，超純水・純水製造装置

特長：イムノクロマトグラフィーを用いた検査薬に推奨されているミリポアのHi-Flow Plusメンブレンは，高い再現性をもち，優れたアッセイの効果が得られます。また，その他の各種ミリポアメンブレンの製品群もOEM用としてご利用頂けます。

新たに加わった体外診断薬製造用の各種試薬では，数多い抗体のラインナップと広範囲で非特異吸着をブロックするブロッキング試薬をご提供することができます。

高純水製造装置Elix UVは，RO-EDI-UV方式による安定した純水精製を実現。コンパクトかつメンテナンス性に優れ，自動生化学分析装置や自動洗浄器との接続に適しています。

〔取扱い商品〕

○**イムノクロマトグラフィー用各種部材**・イムノクロマトグラフィー用メンブレン・サンプルパッド・コンジュゲーションパッド・吸収パッド

○**体外診断薬製造用各種試薬**

・一次抗体　・二次抗体　・ブロッキング試薬　・各種受託サービスなど

○**超純水・純水製造装置（Elix UV）**

ニューコン株式会社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里５－41－12

設立年月日	1991年12月
資本金	３億円（2007年３月末現在）
代表者名	代表取締役社長　王 春華
従業員数	300名
E－mail	nc-med@newcon.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.newcon.co.jp
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	：
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先	担当部門　：　医療システム事業部
	TEL：03－3805－2590　FAX：03－3805－2685

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／hi-Laboシリーズ

特長：30年間の医療分野でのノウハウを継承した医療情報管理システム。Windows2003，XP，Vista，Windows7への対応済み。多様化するユーザー希望に対しカスタマイズが可能。

〔取扱い商品〕

① 臨床検査システム　Hi-Labo-S／Hi-Labo-P／Hi-Labo-C
② 輸血製剤管理支援システム　HD-TRANS®
③ 病理検査管理支援システム　HISTOMATIC®
④ 総合健診システム　K-Exam-Plus®
⑤ Webドクター支援システム
⑥ 細菌検査システム
⑦ 生理検査予約システム
⑧ 採血検査システム
⑨ 在庫管理システム
⑩採血台　らくですく

nova biomedical ノバ・バイオメディカル株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井6—26—2 大森ベルポートB館3F

設立年月日：	昭和63年6月10日
資本金：	1,000万円
代表者名：	和田 典之
従業員数：	35名
E—mail：	info@novabiomedical.co.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： マーケティング部
	TEL：03—5471—5461 FAX：03—5471—5474

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／スタットプロファイル CCX

特長：イオン化マグネシウム測定をはじめ最大19項目を測定可能。またBUN を同時測定し浸透圧を演算表示できる。

POCT グルコース測定装置／スタットストリップ，スタットストリップエクスプレス

特長：ヘマトクリット，マルトース，PAM 等の干渉物質の影響を排除し正確に血糖測定を行うことができる。

〔取扱い商品〕

全自動血液ガス分析装置
イオン化マグネシウム／電解質測定装置／

BIO-RAD バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2—2—24 天王洲セントラルタワー

設立年月日：	1979年10月16日
資本金：	4億円
代表者名：	鈴木 貞史
従業員数：	170名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.bio-rad.com
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 診断薬事業部
	フリーダイアル；0120—925046 FAX：03—5463—8481

〔展示主要商品〕

全自動輸血検査装置／輸血管理システム／精度管理用コントロール／凍結乾燥及び液状シリーズ，マイクロプレート EIA 分析装置

特長：検査室のニーズに対応する充実した幅広い製品ラインナップとUNITY PC を利用した精度管理システム

〔取扱い商品〕

①各種精度管理用コントロール
②精度管理用 PC プログラム “UNITY”
③精度管理用プログラム “EQAS”
④抗核抗体検査試薬（IFA）
⑤自己抗体関連試薬（ELISA）
⑥全自動マイクロプレート EIA 分析装置 Evolis
⑦自動マイクロプレート EIA／IFA 装置 PhD システム
⑧グリコヘモグロビン分析装置 Variant Ⅱ turbo/D-10
⑨ノバパス1575マイクロプレートウォッシャー
⑩微生物迅速検査キット
⑪輸血検査試薬 ゲルカラム凝集法 “ID-マイクロタイピングシステム”
⑫全自動輸血検査装置
⑬輸血管理システム “バイオ・ラッド輸血管理システム”

BioTec バイオテック株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島２―29―４　古沢ビル

設立年月日	1979年３月１日
資本金	3,000万円
代表者名	長倉　誠
従業員数	19名
E―mail	info@biotec.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.biotec.co.jp
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　L&B事業部
	TEL：03―3816―6931　　FAX：03―3818―4554

〔展示主要商品〕

自動分注装置／ELISA用プレート洗浄装置

〔取扱い商品〕

■ELISA用機器
セラウォッシャー MW-96シリーズ
オートミニウォッシャーシリーズ
■分注装置（創薬ゲノム関連）
96／384／1536ch同時分注ディスポチップ式ヘッド
マルチステージ・ディスペンスステーション ADS-384-8
Multi-channel Pipettor EDR-384UX
テーブルトップ・ディスペンサー EDR-384S II
■分注装置（プロテオーム関連）
■マイクロアッセイシステム機器

株式会社バイロクエスト

〒541-0047 大阪市中央区淡路町２―２―５

設立年月日	2008（平成20）年７月30日
資本金	500万円
代表者名	上田　勇治郎
従業員数	５名
E―mail	info@viroquest.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.viroquest.co.jp/
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門
	TEL：06―6152―9940　　FAX：06―6152―9941

〔展示主要商品〕

試験研究用試薬

特長：HIV及びウイルス感染症研究用の試薬及びキット，クリニカルサンプル及び血清，血しょうなどのサンプルの案内とカタログなど。

〔取扱い商品〕

HIV及びウイルス感染症研究用の試薬・キット，クリニカルサンプル，及び各種パネルなど。

浜松ホトニクス株式会社

〒430-8587 浜松市中区砂山町325―6 日本生命ビル

設立年月日	1953年9月29日
資本金	349億2,600万円
代表者名	晝馬 輝夫
従業員数	2,632名
E―mail	salespro@etd.hpk.co.jp
URL(ホームページ)	http://jp.hamamatsu.com/
工場所在地	〒438-0193：磐田市下神増314―5
	TEL：0539―62―5245
研究所所在地	〒434-8601：浜松市浜北区平口5000
	TEL：053―586―7111　FAX：053―586―6180
商品問合せ先	担当部門　：　電子管営業部
	TEL：0539―62―5245　FAX：0539―62―2205

〔展示主要商品〕

イムノクロマトリーダ　C10066

特長：イムノクロマト試薬の研究開発・品質管理に最適なツール
①イムノクロマト試験片の発色強度を短時間に高感度で定量測定。
②測定データをCSVファイルで保存する為，市販の表計算ソフトウェアで簡単に解析。
③検量線グラフ，タイムコースグラフの描画が簡単。

〔取扱い商品〕

■光電子増倍管，光電子増倍管モジュール，マイクロチャンネルプレート，紫外線センサ，精密測光用光源，スポット光源，マイクロフォーカスX線源，静電気除去装置，イメージインテンシファイア，Siフォトダイオード，APD，フォトICと関連製品，イメージセンサ，PSD（位置検出素子），赤外線検出素子，LED，光通信デバイス，車載用デバイス，ミニ分光器，X線フラットパネルセンサ，応用製品・モジュール
■計測用ビデオカメラ，画像処理装置，ストリークカメラ，光学計測システム，イメージング&解析システム，医療用測定装置

日立ハイテク　株式会社 日立ハイテクノロジーズ

〒105-8717 東京都港区西新橋1―24―14

設立年月日	昭和22年4月12日
資本金	79億円
代表者名	執行役社長　大林　秀仁
従業員数	4,443名
E―mail	
URL(ホームページ)	http://www.hitachi-hitec.com/science/
工場所在地	〒312-8504：ひたちなか市市毛882
	TEL：029―273―2111
研究所所在地	〒　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　科学システム営業統括本部
	TEL：03―3504―7211　FAX：03―3504―7756

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置

特長：医療の現場において，診療や検査における品質管理の向上が求められている中，従来別個の業務であった機器システムと専用試薬の導入・運用管理を一体化。IT技術を駆使して試薬選定～分析条件設定～精度管理～保守管理（メンテナンス・予防保全）に至る一連の業務の効率性・信頼性を向上させ，臨床検査の質の向上に貢献する血液自動分析システムです。また，ISO15189（臨床検査室―質と適合能力に対する特定要求事項）などの規格や規制適用に対しても，分析条件，精度管理などの明確化により貢献します。

〔取扱い商品〕

株式会社日立ハイテクノロジーズは，新しい時代に適合したユニークなハイテク企業であり，最先端技術を駆使する設計・製造機能と最先端ソリューションを提供する商社機能の融合により半導体製造装置やバイオ関連製品などのナノテクノロジー分野において，開発から製造，販売，サービスまでの一貫体制を構築いたしました。また，生化学自動分析装置をはじめとする多種多用な臨床用医用機器，DNAシーケンサ，さらに限りない可能性を秘めるバイオ分野にも，信頼性の高い技術サービスをお届けしています。

Phadia ファディア株式会社

〒163-1431 東京都新宿区西新宿３－20－２　東京オペラシティタワー

設立年月日：	平成16年３月10日
資本金：	４億9,900万円
代表者名：	岩井　浩一
従業員数：	約60名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.phadia.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　自己免疫診断事業室
	TEL：03－5365－8560　　FAX：03－5365－8336

〔展示主要商品〕

自己抗体測定機器／ファディア250
自己抗体測定試薬／ユニキャップ　エリア

特長：

測定機器：①ファディア250及び100は，１台で自己抗体検査とアレルギー検査の併用が可能な測定機器のため，機器の集約化に貢献します。②ファディア250は，ランダムアクセスが可能な全自動機器のため，省力化，至急検査・当日再検が可能です。

自己抗体測定試薬：①アレルギー検査同様に，28日間保存可能な全項目共通標準曲線を採用しているため，標準曲線の作製・管理に必要となるウェルを削減することができます。②バキュロウイルス・昆虫発現系によるリコンビナント抗原を中心とした純度の高い抗原を使用しています。

フィンガルリンク株式会社

〒130-0005 東京都墨田区東駒形２－13－13

設立年月日：	1990年
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役　名郷根 正昭
従業員数：	48名　(2009年４月現在)
E－mail：	info@finggal-link.com
URL(ホームページ)：	http://www.finggal-link.com/
研究所所在地：	〒111-0041：台東区元浅草２－６－６ 東京日産台東ビル9F
(東京医療情報開発センター)	TEL：03－5806－9883　　FAX：03－3841－2956
研究所所在地：	〒020-0033 ：盛岡市盛岡駅前北通５－６ MDI ビル
(盛岡医療情報開発センター)	TEL：019－626－6543　　FAX：019－626－6545
商品問合せ先：	担当部門　：　企画管理部（本社）
	TEL：03－3625－6543　　FAX：03－3625－6545

〔展示主要商品〕

全自動キャピラリー電気泳動システム／sebia Capillarys 2／Minicap
多用途電気泳動装置／sebia Hydrasys 2
赤血球沈降速度自動測定装置／Alifax Roller20 PN
止血血栓トータルマネジメントシステム／Pentapharm ROTEM-delta
血液ガス・電解質分析装置／EPOC システム
ディスポーザブル血球計算盤 C-chip

〔取扱い商品〕

■ IVD（体外診断薬＆機器システム）：全自動キャピラリー電気泳動システム Capillarys 2/Minicap／多用途電気泳動装置 Hydrasys 2／赤血球沈降速度自動測定装置 Roller20 PN／止血血栓トータルマネジメントシステム ROTEM-delta／血液ガス・電解質分析装置 EPOC システム／ディスポーザブル血球計算盤 C-chip／赤血球変形能測定装置 RheoScan-D／全血血小板凝集能測定装置 WBA592・MultiPlate

■ BIS(バイオ・イメージング・ソリューション)：病理検査業務支援システム／デジタル顕微鏡カメラ＆画像ファイリングシステム／テレパソロジーシステム・リアルタイム動画遠隔顕微鏡観察システム(ワープスコープ)

■ HCN（健康ネットワーク）：在宅健康増進システム／テレメトリー生体情報デバイス各種

フクダ電子株式会社®

〒113-8483 東京都文京区本郷3—39—4

設立年月日	昭和23年7月6日
資本金	43億8,700万円
代表者名	福田 孝太郎
従業員数	2,412名
E—mail	info@fukuda.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.fukuda.co.jp
工場所在地	〒270-1495：白井市中305—1
	TEL：047—492—2011
研究所所在地	〒113-8420：文京区本郷2—35—8
	TEL：03—3814—1211
商品問合せ先	担当部門　：　お客様窓口
	TEL：03—5802—6600　　FAX：

〔展示主要商品〕

自動血球計数CRP測定装置／LC-667CRP，免疫発光測定装置／シオノスポットリーダー，電子スパイロメータ／SP-350COPD，呼気中$^{13}CO_2$分析装置／POCone

特長：LC-667CRP：全血18μLで血算と免疫（CBC+CRP）の同時測定可能。検体の前処理不要・測定時間は約240秒

シオノスポットリーダー：『BNP』全血測定・15分のスピード測定が可能。

〔取扱い商品〕

I．生体検査装置：心電計／心電図自動解析装置／ホルター心電計／ストレステストシステム／心臓カテーテル検査装置／超音波診断装置／血球計数装置／眼底カメラ／呼吸機能検査装置／睡眠ポリグラフィ／血圧脈波検査装置

II．医用モニター：ベッドサイドモニタ／医用テレメータ／生体情報モニター

III．治療装置：デフィブリレータ／ペースメーカ／人工呼吸器／酸素濃縮器／大動脈内バルーンポンプ・カテーテル／心臓カテーテル／PTCAカテーテル

IV．その他：安全点検システム／記録紙／ディスポーザブル電極／上記各装置の付属品および消耗品

富士通株式会社（FUJITSU LIMITED）

〒105-7123 東京都港区東新橋1—5—2　汐留シティセンター

設立年月日	昭和10年6月20日
資本金	3,246億2,507万5,685円（2010年3月末現在）
代表者名	代表取締役社長　山本 正已
従業員数	25,134名（2010年3月現在）
E—mail	
URL(ホームページ)	http://jp.fujitsu.com
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　富士通コンタクトライン
	TEL：0120—933—200　　FAX：

〔展示主要商品〕

臨床検査システム　HOPE／LAINS-GX（ホープラインズ ジーエックス）

特長：①一目で検査室業務状況が確認できる一覧を装備

②一画面で全分析機接続プログラムの起動／停止からデータ確認まで可能

③検体ラベル機能を電子カルテシステムと統一。参考マスタも装備した簡単セットアップ可能

④TAT管理を装備し，採決室の混雑具合を一目で把握可能

〔取扱い商品〕

医療分野（保健，医療，福祉）向けに先進ITを活用した豊富なパッケージ群を提供しており，国内最大の医療SE集団が，各医療施設様の経営革新をトータルにサポートいたしております。

FUJIFILM 富士フイルム メディカル株式会社

〒106-0031 東京都港区西麻布2—26—30

設立年月日：	昭和42年
資本金：	12億円
代表者名：	平井 治郎
従業員数：	1,600名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://fms.fujifilm.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業推進本部　POCT部
	TEL：03—6419—8083　　FAX：03—5469—3608

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／富士ドライケム　7000「Z」／7000／4000

特長：いかにしたら迅速な検査結果が得られるかを追求してきたドライケムは，昨年発売25周年を迎えました。これからもドライだからできるメリットを発揮し，設備不要・即時検査のドライケムとして活躍して参ります。また院内検査のみならず，インフルエンザを代表とする世界的な感染症：パンデミックや災害時の対策としても，より一層お役に立てるよう，努力して参ります。

〔取扱い商品〕

●測定装置

富士ドライケム　MiniNet-Neo：富士ドライケム検査データ処理支援システム
富士ドライケム　4000シリーズ：比色／電解質多項目測定機
富士ドライケム　800　　：電解質専用測定機
富士ドライケム　100タイプN　：アンモニア専用測定機
富士ドライケム　7000シリーズ：比色／電解質多項目測定機
富士ドライケム　7000「Z」シリーズ：比色／電解質多項目測定器

●測定試薬　富士ドライケムスライド（全血用，血漿・血清用）30項目
●標準液　富士ドライケムコントロール液　QP-L，H，QN，QE

富士レビオ株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2—62—5

設立年月日：	2005年7月1日（新設分割）
資本金：	42億5,290万円
代表者名：	小山 剛史
従業員数：	583名（2009年3月末現在）
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.fujirebio.co.jp/
工場所在地：	〒192-0031：八王子市小宮町51
	TEL：042—645—0052
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：042—645—0071
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様コールセンター
	TEL：0120—292—832　　FAX：03—5695—9234

〔展示主要商品〕

免疫発光測定装置／ルミパルス G1200
免疫発光測定装置／ルミパルス Presto II
尿沈渣分析装置／アイキュー200スプリント
尿沈渣分析装置／アイキュー200エリート

特長：ルミパルスG1200は，ルミパルスfの信頼の上に，さらなる簡便性と，優れたシステム設計の柔軟性を実現しました。信頼性の高い検査結果を，ご提供できるシステムとして，検査室の生産性向上に貢献いたします。

〔取扱い商品〕

〈機器〉免疫発光測定装置：ルミパルスG1200，ルミパルスPresto II，ルミパルスS
尿沈渣分析装置：アイキュー200スプリント，アイキュー200エリート
遺伝子検査：As-1000，Ps-1000，タイグリス™DTSシステム
便潜血測定装置：マグストリームHT

〈試薬〉CLEIA法試薬，イムノクロマトグラフィー法試薬，遺伝子検査試薬，PA（ゼラチン粒子凝集反応）法試薬，HA（血球凝集反応）法試薬，ラテックス凝集反応試薬，WB（ウエスタンブロット）法試薬，EIA法試薬，臨床化学検査試薬，便潜血検査試薬

扶桑薬品工業株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町１－７－10

設立年月日	昭和12年３月25日
資本金	107億5,820万円
代表者名	戸田 幹雄
従業員数	1,359名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.fuso-pharm.co.jp/
工場所在地	〒536-8523：大阪市城東区森之宮２－３－11
	TEL：06－6969－1131
研究所所在地	〒536-8523：大阪市城東区森之宮２－３－30
	TEL：06－6969－3131　FAX：06－6964－2706
商品問合せ先	担当部門　：　営業部 営業四課　担当者　溝口正一
	TEL：06－6969－1131　FAX：06－6969－2341

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／アイ・スタットシリーズ

特長：患者のベッドサイドで，血液ガス及び電解質などを，ごく微量の検体で，迅速，簡便，かつ正確に測定。ポイント・オブ・ケア検査に好適。

〔取扱い商品〕

■ポータブル血液分析器「アイ・スタット」

アイ・スタット1-N
セントラル・データ・ステーション（CDS）システム一式
電子シミュレーター
カートリッジ（10種類）
その他

■白血球中細菌核酸同定検査

末梢血における白血球中の細菌検出キット「ハイブリゼップ」

古野電気株式会社

〒662-8580 西宮市芦原町９－52

設立年月日	昭和26年５月23日
資本金	75億3,400万円
代表者名	古野　幸男
従業員数	2,687名（連結従業員数）
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.furuno.co.jp/
工場所在地	〒662-0934：西宮市西宮浜２－20
	TEL：0798－33－7500
研究所所在地	〒　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　システム機器事業部　ME BU　営業課
	TEL：0798－33－7554　FAX：0798－33－7601

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置

特長：卓上小型の生化学自動分析装置をシリーズ化。ルーチン検査・大型機のバックアップ・特殊項目の専用機として様々なニーズに対応いたします。

〔取扱い商品〕

生化学自動分析装置

- CA-400plus：卓上小型の生化学自動分析装置に HbA_{1c} 自動前処理機能を搭載。
- CA-90：パソコン不要のタッチパネル方式でコンパクト化とともに簡易操作を実現。クリニックや開業医様向けの小型・簡易装置。
- CA-270：卓上小型・高精度・高機能で中小規模施設・病院向として販売
- CA-400：卓上小型にして400テスト/時間を実現。高精度・高機能機として，ルーチン検査からバックアップまで幅広く対応が可能。

超音波骨密度測定装置

- CM-200：迅速かつ簡易な測定方法により，骨粗鬆症の１次スクリーニングや集団検診に最適。

ベックマン・コールター株式会社

〒135-0063 東京都江東区有明3－5－7

設立年月日：	1998年11月1日
資本金：	23億5,000万円
代表者名：	久野 正人
従業員数：	
E－mail：	bckkcas@beckman.com
URL(ホームページ)：	http://www.beckmancoulter.co.jp
工場所在地：	〒411-0931：駿東郡長泉町東野454－32
	TEL：055－999－1133
研究所所在地：	〒 同上 ： 同上
	TEL： 同上
商品問合せ先：	担当部門 ： ベックマン・コールター株式会社カスタマーコールセンター
	TEL：03－6745－4705 FAX：03－5530－2460

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／ユニセル DxH 800
生化学自動分析装置／AU5800／AU680
全自動免疫化学分析装置／ユニセル DxI 800
ハイエンドフローサイトメーター／Navios

特長：Lead the Quality―ベックマン・コールターは，データ品質・業務品質・環境品質の向上に取り組んでいます。そして，“エビデンスのあるデータ”をご提供することで，お客様とともに臨床検査の品質をリードしていきます。

〔取扱い商品〕

■**自動血球計数装置**：ユニセル DxH 800
■**生化学自動分析装置**：ユニセル DxC 600 PRO，ユニセル DxC 800 PRO，AU5800，AU680，AU480
■**全自動化学発光酵素免疫測定装置**：Access®2，ユニセル DxI 600，ユニセル DxI 800
■**ハイエンドフローサイトメーター**：Navios
■**自動輸血検査装置**：PK7300
■**ISO15189導入ナビゲーションプログラム**：Be-gle Ver. 3.0
■**臨床検査システム**：Be-lis ■**各種試薬**

株式会社ヘレナ研究所

〒330-0061 さいたま市浦和区常盤9－21－19

設立年月日：	昭和51年2月28日
資本金：	3,000万円
代表者名：	中里 時亜
従業員数：	40名
E－mail：	sales@helena.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.helena.co.jp
工場所在地：	〒330-0061：さいたま市浦和区常盤9－21－19
	TEL：048－833－3208
研究所所在地：	〒330-0061：さいたま市浦和区常盤9－21－19
	TEL：048－833－3208
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：048－833－3208 FAX：048－833－3273

〔展示主要商品〕

エパライザ2プラス(全自動電気泳動分析装置)，クイックスキャン(デンシトメーター)，SPIFE3000(IFE専用自動電気泳動装置)

特長（エパライザ2）：一台で，蛋白分画，各種アイソザイム及び脂質分画まで完全自動化。また免疫固定法（IFE）も自動化に対応！

〔取扱い商品〕

全自動電気泳動分析装置（エパライザ2プラス）：泳動項目 蛋白分画・脂質分画（コレトリコンポ等）・アイソザイム（LD・ALP・CK・AMY）・免疫固定法（IFE）
IFE専用自動電気泳動装置（SPIFE3000）：泳動項目IFE
デンシトメーター：クイックスキャン
泳動用支持体：アガロース支持体（クイックジェル）（タイタンジェル）（ユニバーサルゲル・免疫電気泳動ゲル）

HORIBA 株式会社 堀場製作所

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日：	1953（昭和28）年1月26日
資本金：	120億1,100万円
代表者名：	堀場　厚
従業員数：	5,133名（連結）
E—mail：	me_info@horiba.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.horiba.com/jp/
工場所在地：	〒601-8510：京都市南区吉祥院宮の東町2
	TEL：075—313—5736　FAX：075—321—0752
研究所所在地：	〒同上　：同上
	TEL：同上　FAX：同上
商品問合せ先：	担当部門　：　医用システム統括部
	TEL：075—313—5736　FAX：075—321—0752

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／Pentraシリーズ，Microsemiシリーズ，小型電極式グルコース分析装置／アントセンスIII，ロゼ

特長：自動血球計数装置，グルコース分析装置のPOCT（Point of Care Testing）製品を中心に出展いたします。特に小型電極式グルコース分析装置アントセンスロゼは，外来や病棟などでの，血糖の即時検査に最適な新製品です。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置　Pentraシリーズ，Microsemiシリーズ
自動血球計数CRP測定装置
自動CRP測定装置
小型電極式血糖分析装置　アントセンスIII，ロゼ
pHメーター　Fシリーズ，Dシリーズ　他

株式会社ホロニック

〒960-8252 福島市御山字田中58

設立年月日：	平成8年1月
資本金：	1,100万円（2010年5月現在）
代表者名：	代表取締役社長　斎藤　宏
従業員数：	16名（2010年5月現在）
E—mail：	info@holonic.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.holonic.co.jp/
工場所在地：	〒　：同上
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部
	TEL：024—536—5421　FAX：024—536—5422

〔展示主要商品〕

装置：RFIDによる採血管一括管理システム

特長：従来のバーコードでは不可能とされてきた「検体一括管理」「情報追記」を可能にし，検体のトレサビリティー向上・安全に貢献致します。

株式会社 ミズホメディー

〒841-0048 鳥栖市藤木町５－４

設立年月日	1977年11月２日
資本金	３億2,975万円
代表者名	代表取締役社長　唐川　文成
従業員数	150名
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.mizuho-m.co.jp
工場所在地	〒841-0048：鳥栖市藤木町５－４
	TEL：0942－85－0300
研究所所在地	〒841-0048：鳥栖市藤木町５－４
	TEL：0942－85－0303　FAX：0942－85－0312
商品問合せ先	担当部門　：　品質保証部学術課
	TEL：0942－84－5486　FAX：0942－85－0335

〔展示主要商品〕

インフルエンザウイルス抗原キット／クイックチェイサー Flu　A, B

特長：

①Ａ型とＢ型の判定部が左右に分かれているため，判別が容易です。

②滴下数と判定時間がテストプレート上に表記されており，操作ミスが軽減できます。

③抽出容器は抽出効率を高める独自の特殊構造になっています。

〔取扱い商品〕

●クイックチェイサーシリーズ

アデノウイルスキット	クイックチェイサー	Adeno 咽頭／角結膜
RS ウイルスキット	クイックチェイサー	RSV
Ｂ型肝炎ウイルス表面抗原キット	クイックチェイサー	HBsAg
Ｂ型肝炎ウイルス表面抗体キット	クイックチェイサー	HBsAb
トレポネーマ抗体キット	クイックチェイサー	TPAb
ヘモグロビン／トランスフェリンキット	クイックチェイサー	便潜血

●生化学液状試薬シリーズ

LAP, γ-GTP, AMY, CK, ALP, GLU, CRE, UA, BUN, T-CHO, TG, HDL-C, LDL-C, IP 等

三菱化学メディエンス株式会社

〒108-8559 東京都港区芝浦４－２－８

設立年月日	1975年４月15日
資本金	30億円
代表者名	代表取締役社長 吉富 敏彦
従業員数	2,937名（2010年３月期　連結）
E－mail	
URL(ホームページ)	http://www.medience.co.jp/
工場所在地	〒276-0046：八千代市大和田新田1144
(生産物流センター)	TEL：047－450－2261
研究所所在地	〒289-2247：香取郡多古町水戸字水戸台1460－6
(成田研究所)	TEL：0479－76－3666
商品問合せ先	担当部門　：　診断検査事業本部　営業統括部
	TEL：03－6722－5710　FAX：03－6722－4243

〔展示主要商品〕

■全自動臨床検査システム　STACIA（ステイシア）
■血液凝固測定装置　IL 社製　ACL TOP／TOP500CTS
■移動式免疫発光測定装置　パスファースト

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　キット・自動分析機用検査試薬
■全自動臨床検査システム　STACIA（ステイシア）
■血液凝固測定装置　IL 社製　ACL TOP/TOP500CTS/ElitePro
■移動式免疫発光測定装置　パスファースト
■全自動免疫血清検査システム　LPIA システム
■全自動免疫化学発光システム　シーメンス社製　イムライズ2000/1000
　イムライト2000XPi　ケンタウルス XP/CP
■分析用機械　TLC-FID/FPD イアトロスキャン
■その他　研究用試薬・細胞凍結保存液・他

メディカテック株式会社

〒340-0816 八潮市中央1—11—28

設立年月日：	昭和57年9月1日
資本金：	1,000万円
代表者名：	月岡 康信
従業員数：	63名
E—mail：	tokyo@medicatec.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.medicatec.co.jp/
工場所在地：	〒340-0816：八潮市中央1—11—28
	TEL：048—997—2305
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：048—994—3450 FAX：048—994—3452

〔展示主要商品〕

自動チップセット機／ATI-1600

特長：コンパクト設計で，大型機の設置が困難な環境にも対応。
2,000本収納可能な大型ホッパーを採用，繁雑な作業を減らしました。
卓上型自動チップセット機／ATI-180
自動凝集像読み取り装置／APAS-3000

〔取扱い商品〕

自動血液型判定装置	MEDIMAC GR
検体前処理装置	MDS-4500
自動カップセット機	ACI-1600
自動プレート洗浄機	MW-51II
粉砕専用機	ベータミル

各種前処理装置，OEM，特注品等にも対応致します。

株式会社 メディカル ジャパン
MEDICAL JAPAN CO.,LTD.

〒431-3102 浜松市東区豊西町515—2

設立年月日：	昭和60年1月
資本金：	1,000万円
代表者名：	市川 明広
従業員数：	25名
E—mail：	medical-japan@guitar.ocn.ne.jp
URL(ホームページ)：	
本社・工場：	〒431-3102：浜松市東区豊西町515—2
	TEL：053-489-6638 FAX：053-489-6639
サービス拠点：	千葉・神奈川・静岡・浜松・大阪・神戸・(岡山・広島・福岡を予定中)
商品問合せ先：	担当部門 ： 検体搬送システムG
	TEL：053—489—6638 FAX：053—489—6639

〔展示主要商品〕

検体前処理搬送システム／MJシリーズ
新製品：MJ-600，MJ-300，MJ-250をラインアップしました。

特長：ユニットサイズの変更が可能でフリーレイアウト方式です。ラックも1本・5本・10本 対応が可能で省スペースでリアルタイムからバッチ処理の各ラインが構築できます。

〔取扱い商品〕

検体搬送システム
検体前処理システム（基本ユニット・25ユニット以上あり）
分注システム（子検体ラベラー・有無）
採血管準備システム
検体受付システム
検体搬送リフト
バーコードプリンター
子検体容器
子検体ラベル
ディスポチップ
閉栓用ポリキャップ
開栓用ディスポ刃（ラミネート栓専用）

株式会社メレック

〒193-0834 八王子市東浅川町516—10

設立年月日	昭和48年3月
資本金	3,975万円
代表者名	取締役社長　吉山 幸彦
従業員数	54名（2010年5月現在）
E—mail	m175-11a @melec-inc.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.melec-inc.com/
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　制御機器営業部　永井　龍一
	TEL：042—664—5384　　FAX：042—666—2031

〔展示主要商品〕

特長：メレックは，ステッピングモータドライバとステッピングモータ＆サーボモーターコントローラの専門メーカで，ステッピングモータドライバは，豊富な製品ラインナップを持ち，ステッピングモータを「より滑らかに動かす」独自の技術や，「より高分解能」の制御技術においてのリーディングカンパニーです。今回の展示会では，進化した小型，ローコスト2軸2相ドライバを始めとしたお客様のご要求に対して応えられるドライバを多機種，紹介させていただきます。

〔取扱い商品〕

- パルスジェネレーター（MCC08，MCC07）
- 5相ADB-5Fシリーズ（低振動／2万分割の高分解能）
- 5相GDB-5Fシリーズ（低振動／200万分割の超高分解能）
- 2相ADB-2Fシリーズ（5相STEPも可／高タクト／低振動）

株式会社ユーケンサイエンス

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2—18—7　シマダビル2F

設立年月日	平成2年7月25日
資本金	1,000万円（2010年6月21日現在）
代表者名	代表取締役　山口　伸
従業員数	8名（2010年6月現在）
E—mail	info@youken-science.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.youken-science.co.jp
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3851—5113　　FAX：03—3851—6165

〔展示主要商品〕

ディスポーザブル消耗品各種（チップ，試験管，サンプルカップ，スピッツ，プレート等）

特長：国内工場にて金型製作から成形まで行い，高品質製品を供給します。自社グループの成形工場にて成形を行う為，安心の品質管理，供給体制です。

〔取扱い商品〕

- ディスポーザブルチップ各種（自動分注器対応）
- プラスチック試験管各種
- サンプルカップ各種
- 尿沈渣スピッツ各種
- マイクロプレート各種

ライオンパワー株式会社

〒923-0972 小松市月津町ツ5番地

設立年月日：	昭和48年7月16日
資本金：	4,156万円（2010年6月14日現在）
代表者名：	取締役社長　高瀬　敬士朗
従業員数：	122名（2010年6月14日現在）
E—mail：	hi@lionpower.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.lionpower.co.jp
工場所在地：	〒　　：同上
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　研究開発室
	TEL：0761—44—5411　　FAX：0761—44—8080

〔展示主要商品〕

装置　卓上型採血管搬送装置

特長：

- 採血管を保管用ラック（安価な市販品）へ自動移載
- 中小規模病院向けに合わせたコンパクトサイズ（330W×500H×610D）
- 血液量不足の採血管を自動ピッキング
- 個別バーコードを読取り，ホストコンピュータ指令により自動仕分け
- 搬送ライン用ラックに移載可能（保管ラックは専用品）

〔取扱い商品〕

- 自動配線ロボット……“HIシリーズ”
- オーダーメイド互換IC……“コンパチビリー”

RADIOMETER COPENHAGEN

ラジオメーター株式会社

〒105-0003 東京都港区新橋3—16—11 愛宕ビル

設立年月日：	平成2年8月30日
資本金：	4億9,000万円
代表者名：	丸 貞克
従業員数：	160名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業企画部
	TEL：03—5777—3540　　FAX：03—5777—3541

〔展示主要商品〕

1st automatic

特長：ラジオメーター社の1st automatic（ファーストオートマチック）は，世界初のオートメーション化された血液ガスシステムです。測定装置，サンプラー，そしてIT機能が一体となって，従来の血液ガス検査におけるマニュアル操作を自動化し，大幅な簡易化を実現しました。

〔取扱い商品〕

血液ガスシステム	ABL800FLEX，ABL80FLEXシステム，ABL5
経皮血液ガスモニター	TCM4，TCM400，TCM40
精度管理溶液	クオリチェックプラスシリーズ
動脈血サンプラー	safePICOシリーズ，クリニチューブ
緊急検査データ管理システム	RADIANCE

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

〒105-0014 東京都港区芝２－６－１

設立年月日：	1998年８月１日
資本金：	25億円
代表者名：	代表取締役社長兼CEO　小川 渉
従業員数：	760名（2009年１月現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.roche-diagnostics.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	TEL：03－5443－7041(大代表) FAX：03－5443－7114

〔展示主要商品〕

特長：ロシュ・ダイアグノスティックスは，遺伝子，生化学，免疫血清，血液凝固，POCTと検体検査におけるほぼ全ての領域に，システム，試薬をラインアップしています。特に，免疫血清分野では，NT-proB-NP，TRAb，本年に入りPCT，HCVなど，信頼性の高いロシュならではの製品をつぎつぎに発売いたしました。さらに2008年のベンタナ社統合は，検体検査技術と組織診断技術の向上に新たな価値を生み出します。ロシュは，癌領域における腫瘍マーカーと癌組織診断の組み合わせにより，検査室，臨床検査技師が発する次代の付加価値創造を提案させていただきます。

〔取扱い商品〕

〈生化学/免疫血清〉モジュラーアナリティクス，cobas 6000，cobas e411 〈遺伝子〉コバスTaqMan，コバスAmpliPrep，コバスTaqMan48 〈血液凝固〉STA-R Evolution，STA Compact 〈自己血糖測定〉アキュチェックシリーズ（アビバ，アクティブ，コンパクト，コンフォート） 〈簡易分析装置〉cobas h232，レフロトロンプラス 〈血液ガス〉cobas b 121，cobas b 221 〈自動組織細胞染色〉ベンタナシンフォニー，ベンタナXTシステムベンチマークモジュールXTなど

和光純薬工業株式会社

〒540-8605 大阪市中央区道修町３－１－２

設立年月日：	大正11年
資本金：	23億3,956万円
代表者名：	松本　隆男
従業員数：	1,400名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.wako-chem.co.jp/
工場所在地：	〒510-1222：三重郡菰野町大字大強原2613－２
	TEL：0593－93－4881
研究所所在地：	〒661-0963：尼崎市高田町６－１
	TEL：06－6499－1501
商品問合せ先：	担当部門　：　臨床検査薬　カスタマーサポートセンター
	TEL：03－3270－9134　　FAX：03－3241－5752

〔展示主要商品〕

全自動蛍光免疫測定装置／ミュータスワコーi30

特長：・マイクロチップを利用した新しい検査システム
・迅速・微量・高感度・高精度測定
・AFP，AFP-L_3%，PIVKA IIをわずか11分で報告できます。
・最大６項目，６試薬，25テスト/hの処理能力
・反応原理　LBA-EATA法
・検出方法　レーザー誘起蛍光検出法
・省サイズ　W520(577)mm×D595mm×H546mm
（　）内：廃棄BOX含む

AACC　American Association for Clinical Chemistry

AACC は，臨床化学，Biochemistry，免疫学，病理学，毒物学，分子病理学などを専門とする10,000人の会員を擁する非営利の学術的，国際的な協会で，1948年創立した長い歴史をもっております。

AACC は，検査医学領域の最新の研究情報を収載した「Clinical Chemistry Journal」を毎月会員に提供しており，年１回開催の Annual Meeting では，800題を越す臨床化学分野の研究報告が行われ，併設の世界的規模の展示会にはアメリカ国内および海外から数百の出展社および40,000人を越える見学者を迎えております。

AACC には，次の部門があり，それぞれ専門「News Letter」を発行しております。①動物臨床化学　②栄養学　③免疫学　④分子病理学　⑤電解質　⑥小児科学　⑦電解質・血液ガス　⑧管理科学　⑨臨床検査の歴史　⑩蛋白およびリポ蛋白　⑪TDM および毒物学　⑫Laboratory-情報システム

AACC 入会希望の方は，申込書および年会費 $130.00を下記あてに送付して下さい。

American Association for Clinical Chemistry, Inc.
2101 L St., NW, Suite 202
Washington, DC 20037-1526
Tel : 1-202-857-0717, ext. 739
Fax : 1-202-833-4576
E-mail : cdonnell@aacc. org
Home Page : http: //www. aacc. org

AACC 展示会

clinical lab expo　　7月26～28日　2011　アトランタ

展示に関しては下記にお問い合わせ下さい。

Sherago International Inc.
11 Penn Plaza・Suite 1003・New York, NY10001
Tel：+1-(212)643-1750・Fax：+1-(212)643-1758/57

MEDICA 運営事務局・デュッセルドルフ見本市会社

Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61，40474 Düsseldorf, Germany

設立：1947年
代表者名：Werner M. Dornscheidt（ヴェルナー M. ドーンシャイト）
従業員数：480名
本社：ＴＥＬ：+49-211-456001　Fax：+49-211-4560668
問い合わせ先：㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
ＴＥＬ：03―5210―9951　Fax：03―5210―9959
mdj@messe-dus.co.jp

〈展示品〉

MEDICA 国際医療機器専門見本市＋会議のインフォメーション
MEDICA は1969年以来デュッセルドルフで毎年開催される医療機器を専門に扱った見本市で初回以来発展を続け2007年度の開催では世界100カ国から4,300社の企業の出展と78カ国から138,000人の来場者が記録されています。
MEDICA は最初の開催以来医療分野の市場のニーズをそのまま反映し続け，今や世界第一級の専門見本市としての地位を確立させました。

〈展示分野〉以下の分野に属するものが展示品となります。

電子医療機器　医療機器　ラボ技術　診断技術　薬品　EDP
整形外科技術　消耗品　ディスポ製品　サービス
病院用家具　ランドリー機器　病院用厨房設備　配膳システム
清掃機器　消毒機器　情報処理システム　救急医療



展示会社・住所録

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
アークレイ株式会社	本社	604-8153	京都市中京区烏丸四条上ル笋町689　京都御幸ビル10F	(050)5527—9301	
アークレイマーケティング株式会社	営業統括本部	160-0004	新宿区四谷1—20—20　大雅ビル4F	(050)5527—7700	(03) 3358—8536
	北海道	065-0022	札幌市東区北22条東10—3—3	(011) 750—5888	(011) 741—3088
	事業所		札幌SSO、釧路SO		
	東北	980-0824	仙台市青葉区支倉町4—34　マルキンビル4F	(050)5536—5705	(022) 263—5225
	事業所		仙台SSO、青森SO、盛岡SO		
	甲信越	331-0804	さいたま市北区土呂町2—44—9　ウェルズ土呂	(048) 668—1331	(048) 668—1320
	事業所		さいたまSSO、長岡SO、松本SO		
	関東	160-0004	新宿区四谷1—20—20　大雅ビル3F	(050)5527—7702	(03) 3358—8537
	事業所		東京SSO		
	中部・北陸	461-0004	名古屋市東区葵3—15—31　住友生命千種第2ビル5F	(050)5536—5700	(052) 933—6315
	事業所		名古屋SSO、静岡SO、金沢SO		
	近畿	530-0054	大阪市北区南森町1—4—19　サウスホレストビル4F	(050)5533—5585	(06) 6312—3813
	事業所		大阪SSO、京都SO、神戸SO		
	中国・四国	732-0816	広島市南区比治山本町16—35　広島産業文化センター12F	(050)5533—5599	(082) 253—0112
	事業所		広島SSO、岡山SO、松山SO、松江SO		
	九州	812-0024	福岡市博多区綱場町1—1　福岡第一生命館4F	(050)5527—9290	(092) 282—3091
	事業所		福岡SSO、熊本SO、鹿児島SO、沖縄SO		
アイ・エル・ジャパン株式会社	本社	105-0013	港区浜松町2—2—15　浜松町ゼネラルビル	(03) 3437—6350	(03) 3437—6352
アイエスケー株式会社	本社	113-0034	文京区湯島4—9—12	(03) 3812—0191	(03) 3812—9284
	認可工場	120-0003	足立区東和3—5—4	(03) 3620—1003	(03) 3620—0877
株式会社アイディエス	本社	861-8038	熊本市長嶺東8—14—30	(096) 380—4225	(096) 389—2077
	東京営業所	150-0047	渋谷区神山町16—2　ビットキューブ301	(03) 5738—9314	(03) 5738—9316
	名古屋事務所	450-0001	名古屋市中村区那古野1—38—1　星光桜通ビル4F	(052) 586—0352	(052) 586—0354
	大阪事務所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1—18—31　新星和新大阪ビル807	(06) 6370—1850	(06) 6370—1851
	広島事務所	733-0011	広島市西区横川町2—15—16　フィレンツェ横川1F	(082) 532—1088	(082) 532—1089
i-SENS, Inc.			465-14 Wolgye-dong, Nowon-gu, Seoul 139-845, Korea	+82-2-916-6191	+82-2-942-2514
アイテック阪急阪神株式会社	本社	553-0001	大阪市福島区海老江1—1—31	(06) 6456—5223	(06) 6456—5252
	東京支社	105-0023	港区芝浦1—12—3	(03) 3798—1011	(03) 3798—1028
アジア器材株式会社	本社	194-0022	町田市森野2—27—12	(042) 723—4670	(042) 728—0163

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
味の素株式会社	本社	104-8315	中央区京橋1—15—1	(03) 5250—8197	(03) 5250—8253
アボット ジャパン株式会社	東京本社	106-8535	港区六本木1—9—9	(03) 3589—9445	(03) 3589—9448
	札幌営業所	060-0003	札幌市中央区北三条西1—1—1 札幌パナソニックビル6F	(011) 219—1891	(011) 219—1870
	仙台営業所	983-0852	仙台市宮城野区榴岡4—2—3 仙台MTビル12F	(022) 792—6971	(022) 792—6998
	東京事業所	151-8563	渋谷区千駄ヶ谷5—25—5	(03) 5367—3925	(03) 5367—3926
	名古屋営業所	465-0093	名古屋市名東区一社4—97	(052) 702—3508	(052) 702—3509
	大阪営業所	541-0051	大阪市中央区備後町1—1—6	(06) 6228—8630	(06) 6203—5805
	広島営業所	732-0052	広島市東区光町2—7—8 4F	(082) 568—1925	(082) 261—0691
	福岡営業所	812-0039	福岡市博多区冷泉町5—32 オーシャン博多ビル4F	(092) 291—6651	(092) 291—4693
アルフレッサファーマ株式会社	本社	540-8575	大阪市中央区石町2—2—9	(06) 6941—0308	(06) 6941—4861
	札幌支店	060-0007	札幌市中央区北7条西13—9—1	(011) 281—3000	(011) 281—3250
	仙台支店	984-0046	仙台市若林区二軒茶屋1—6	(022) 295—0631	(022) 295—0635
	東京支店	103-0023	中央区日本橋本町3—6—2	(03) 5695—4144	(03) 5695—4190
	名古屋支店	460-0008	名古屋市中区栄1—25—7	(052) 218—5251	(052) 218—5257
	大阪支店	540-8575	大阪市中央区石町2—2—9	(06) 6941—2816	(06) 6941—2831
	高松支店	760-0068	高松市松島町1—13—14	(087) 863—7181	(087) 863—0520
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町11—4	(082) 221—2954	(082) 221—2969
	福岡支店	812-0022	福岡市博多区神屋町4—5	(092) 283—6306	(092) 262—1362
アロカ株式会社	本社	181-8622	三鷹市牟礼6—22—1	(0422) 45—5502	(0422) 45—7751
	埼玉営業所	331-0052	さいたま市西区三橋5—790	(048) 623—2501	(048) 620—1236
	札幌営業所	065-0033	札幌市東区北33条東10—5—15	(011) 722—2205	(011) 722—2208
	仙台支店	982-0014	仙台市太白区大野田字王ノ檀4—1	(022) 346—9520	(022) 346—9521
	名古屋支店	468-0051	名古屋市天白区植田3—803	(052) 805—2660	(052) 805—2283
	大阪支店	564-0051	吹田市豊津町41—35	(06) 4861—4888	(06) 4861—4860
	広島支店	733-0035	広島市西区南観音5—9—7	(082) 292—0019	(082) 292—6329
	福岡支店	812-0054	福岡市東区馬出4—3—10	(092) 633—3131	(092) 633—3621
株式会社医学生物学研究所	本社	460-0002	名古屋市中区丸の内3—5—10 住友商事丸の内ビル5F	(052) 971—2081	(052) 971—2337
	札幌営業所	060-0807	札幌市北区北七条西7—1—30 RICH 7・7 BLDG 2F	(011) 717—6547	(011) 717—6546
	東北営業所	960-1242	福島市松川町美郷4—1—1 G&Gサイエンス株式会社内	(024) 537—2480	(024) 537—2481
	首都圏統轄営業所	173-0004	板橋区板橋2—9—3 埼京ビル4F	(03) 5248—2861	(03) 5248—2930

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内３－５－10　住友商事丸の内ビル５Ｆ	(052) 972—0470	(052) 971—2065
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島３－３－４　SP ビル７Ｆ	(06) 6305—2039	(06) 6305—6255
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東３－１－４　タカ福岡ビル５Ｆ	(092) 481—0530	(092) 481—0537
	伊那研究所	396-0002	伊那市手良沢岡1063—103	(0265) 76—1777	(0265) 76—0584
ヴェオリア・ウォーター・ソリューション＆テクノロジー株式会社	本社	108-0022	港区海岸３－20—20	(090)8010—2064	(03) 5441—7071
株式会社ウエルコ	本社	183-0034	府中市住吉町３－３－１	(042) 333—7311	(042) 333—7313
エア・ブラウン株式会社	本社	104-0061	中央区銀座７－13—８　第２丸高ビル	(03) 3545—5720	(03) 3543—8865
株式会社エイアンドティー	本社	221-0056	横浜市神奈川区金港町２－６　横浜プラザビル	(045) 440—5810	(045) 440—5820
	札幌オフィス	003-0022	札幌市白石区南郷通13—南３－１	(011) 864—1165	(011) 864—1162
	仙台オフィス	980-0803	仙台市青葉区国分町３－６－１	(022) 712—3021	(022) 712—3023
	さいたまオフィス	330-0081	さいたま市中央区新都心４－１	(048) 600—1561	(048) 601—3107
	横浜オフィス	221-0056	横浜市神奈川区金港町２－６	(045) 440—5812	(045) 440—5820
	名古屋オフィス	460-0008	名古屋市中区栄４—14—31	(052) 249—9335	(052) 262—4070
	大阪オフィス	560-0082	豊中市新千里東町１－４－２	(06) 4863—7737	(06) 4863—7750
	広島オフィス	730-0029	広島市中区三川町７－７	(082) 545—1336	(082) 246—8885
	福岡オフィス	810-0001	福岡市中央区天神１－９—17	(092) 717—2202	(092) 717—2203
栄研化学株式会社	本社	110-8408	台東区台東４—19—９　山口ビル７	(03) 5846—3307	(03) 5846—3475
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西14—３—23　札幌泉ビル	(011) 281—5401	(011) 281—5404
	仙台営業所	980-0011	仙台市青葉区上杉２－３－７　K２小田急７Ｆビル	(022) 712—2882	(022) 712—2881
	東京第1/2営業所	110-8408	台東区台東４—19—９　山口ビル７	(03) 5846—3268	(03) 5846—3271
	東京第３営業所	231-0005	横浜市中区本町３—24　本町中央ビル９Ｆ	(045) 664—4891	(045) 664—4893
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内３－８－８　小島ビル	(052) 951—3022	(052) 971—1146
	京都営業所	604-0857	京都市中京区鳥丸通二条上ル蒔絵屋280　マニュライフプレイス京都	(075) 212—7277	(075) 212—7288
	大阪営業所	541-0052	大阪市中央区安土町３－３－９　田村駒ビル３Ｆ	(06) 264—5312	(06) 264—5322
	広島営業所	730-0051	広島市中区大手町３－７－２　あいおい損保・広島ビル９Ｆ	(082) 247—4506	(082) 247—4514
	高松営業所	761-8071	高松市伏石町2083—19	(087) 867—7751	(087) 867—7753
	福岡営業所	810-0001	福岡市中央区天神４－２—36　天神第一ビル	(092) 751—2227	(092) 711—7085
株式会社エクセル・クリエイツ	本社	542-0061	大阪市中央区安堂寺町２－３－５	(06) 6766—2202	(06) 6766—2201
エプソン販売株式会社	本社	160-8324	新宿区西新宿６—24—１　西新宿三井ビル24F	(050)3155—7020	
株式会社エル・エム・エス	本社	113-0033	文京区本郷３－６－７　田中ビル	(03) 5802—2741	(03) 5802—2773

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	大阪営業所	530-0044	大阪市北区東天満２―５―20　古林ビル	(06) 6354―8755	(06) 6354―8788
	福岡営業所	811-2305	糟屋郡粕屋町大字柚須76―１	(092) 626―2505	(092) 621―8878
株式会社エンプラス	本　　社	332-0034	川口市並木２―30―１	(048) 253―3131	(048) 255―1688
Oy Medix Biochemica Ab			Asematie 13 FIN-02700 Kauniamen Finland	+358-9-547-680	+358-9-505-3441
(株)クレハトレーディング	Medix Biochemica 日本総代理店	103-0012	中央区日本橋堀留町１―２―10	(03) 3639―8721	(03) 3661―9594
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社	本社, 東京オフィス	101-0065	千代田区西神田３―５―２	(03) 4411―7300	(03) 4411―7711
	札幌オフィス	060-0042	札幌市中央区大通西12―４	(0120) 03―6527	
	仙台オフィス	980-0021	仙台市青葉区中央４―10―３	〃	
	さいたまオフィス	330-0844	さいたま市大宮区下町２―43―１	〃	
	船橋オフィス	273-0005	船橋市本町１―18―10	〃	
	横浜オフィス	222-0033	横浜市港北区新横浜３―20―12	〃	
	名古屋オフィス	460-0002	名古屋市中区丸の内１―４―12	〃	
	大阪オフィス	532-0003	大阪市淀川区宮原３―５―36	〃	
	広島オフィス	732-0824	広島市南区的場町１―２―21	〃	
	岡山オフィス	700-0976	岡山市北区辰巳22―103	〃	
	松山オフィス	790-0003	松山市三番町４―11―６	〃	
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東２―14―１	〃	
株式会社オネスト	本　　社	113-0033	文京区本郷４―９―25　真成館ビル	(03) 5689―5900	(03) 3815―3961
	医療システム部	113-0033	文京区本郷４―９―25　真成館ビル	(03) 5689―5903	(03) 5689―5993
	名古屋支店	450-0003	名古屋市中村区名駅南１―３―18　NORE名駅ビル	(052) 571―1600	(052) 571―1605
	大阪支店	540-0008	大阪市中央区大手前１―４―12　大阪天満橋ビル	(06) 6947―4777	(06) 6947―4778
	㈱オネスト九州	812-0011	福岡市博多区博多駅前２―11―16　第２大西ビル	(092) 432―3777	(092) 432―3776
株式会社オービーシステム	大阪本社	541-0046	大阪市中央区平野町２―３―７　アーバンエース北浜ビル	(06) 6228―3418	(06) 6228―3423
	東京本社	140-0004	品川区南品川２―２―13　南品川JNビル	(03) 3471―9878	(03) 3471―9860
	九州オフィス	812-0054	福岡市東区馬出１―13―８　ソフネット県庁口ビル	(092) 643―2338	(092) 643―7288
	上海欧比爱思晟峰软件有限公司	62455966	上海市寧夏路777号４階	86+21-62455966	
オリンパス株式会社	本　　社	163-0914	新宿区西新宿２―３―１　新宿モノリス	(03) 6901―4040	(03) 3340―2062
オルガノ株式会社	機能商品事業部	136-8631	江東区新砂１―２―８	(03) 5635―5191	(03) 3699―7220
	オルガノ北海道株式会社	060-0907	札幌市東区北７条東５―８―37	(011) 733―4132	(011) 733―1377
	オルガノ東北株式会社	980-0014	仙台市青葉区本町１―11―１　仙台グリーンプレス	(022) 712―6971	(022) 712―6977

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	オルガノ東京株式会社	136-0075	江東区新砂1－2－8	(03) 5665—7251	(03) 5665—7280
	オルガノ中部株式会社	460-0006	名古屋市中区葵1—27—29　キリックスビル	(052) 939—0551	(052) 931—1351
	オルガノ関西株式会社	564-0053	吹田市江の木町1－6　関西オルガノビル	(06) 6384—0771	(06) 6384—3166
	オルガノ九州株式会社	810-0012	福岡市中央区白金1－4－2	(092) 523—4132	(092) 523—9892
株式会社カイノス	本社	113-0033	文京区本郷2—38—18	(03) 3816—4485	(03) 3816—6517
	札幌営業所	060-0809	札幌市北区北9条西3—10	(011) 737—5290	(011) 737—5292
	仙台営業所	982-0012	仙台市太白区長町南3－3—43	(022) 249—5527	(022) 249—7544
	東京営業所	113-0033	文京区本郷2—38—18	(03) 3816—4481	(03) 3816—4110
	名古屋営業所	464-0802	名古屋市千種区星ヶ丘元町14—70	(052) 783—1364	(052) 783—1365
	大阪営業所	533-0031	大阪市東淀川区西淡路1－1—32	(06) 6370—1131	(06) 6370—7710
	広島営業所	730-0014	広島市中区上幟町7－3	(082) 224—1480	(082) 224—1481
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東1—14—34	(092) 441—6996	(092) 441—6997
関東化学株式会社	本社	103-0023	中央区日本橋本町3—11—5　マルサンビル2F	(03) 3667—8061	(03) 3667—6891
	大阪支店	541-0048	大阪市中央区瓦町2－5－1	(06) 6222—3709	(06) 6222—3412
	福岡支店	812-0007	福岡市博多区東比恵2—22—3	(092) 414—9361	(092) 414—9356
	札幌営業所	004-0811	札幌市清田区美しが丘一条8—4—1	(011) 882—1511	(011) 883—2538
	仙台営業所	983-0035	仙台市宮城野区日の出町1－7－9	(022) 284—0175	(022) 284—9816
	中京営業所	491-0922	一宮市大和町妙興寺字中之町4	(0586) 24—1725	(0586) 24—3038
協和メデックス株式会社	本社	104-6004	中央区晴海1－8—10　晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX 4F	(03) 6219—7600	(03) 6219—7614
	東京支店	104-0033	中央区新川1－8－5　KKビル	(03) 5542—6011	(03) 5542—6015
	大阪支店	541-0053	大阪市中央区本町2－3－8　三甲大阪本町ビル5F	(06) 4964—9900	(06) 6262—4030
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西7－1　ダヴィンチ札幌パークフロント	(011) 261—5455	(011) 261—5457
	仙台営業所	980-0822	仙台市青葉区立町27—21　仙台橋本ビルヂング	(022) 213—3821	(022) 213—3829
	横浜営業所	220-0012	横浜市西区みなとみらい3－6－3　MMパークビル8F	(045) 225—6473	(045) 225—6475
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3—21—25　清風ビル	(052) 962—7370	(052) 953—6010
	広島営業所	732-0827	広島市南区稲荷町2—16　広島稲荷町第一生命ビル	(082) 261—9880	(082) 261—9882
	九州営業所	812-8663	福岡市博多区博多駅前2－2－1　福岡センタービル	(092) 474—5222	(092) 452—3369
	四国出張所	790-0001	松山市一番町3－2—11　松山第一生命ビル	(089) 941—8807	(089) 941—8905
極東製薬工業株式会社	本社	103-0024	中央区日本橋小舟町7－8	(03) 5645—5661	(03) 5645—5705
	札幌営業所	064-0809	札幌市中央区南9条西20—2—24	(011) 532—2551	(011) 520—1380

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	仙台営業所	984-0002	仙台市若林区卸町東１－２－９	(022) 238—8721	(022) 238—8702
	東京営業所	103-0012	中央区日本橋堀留町１－３－15	(03) 5645—5701	(03) 5645—5707
	首都圏センター営業所	103-0012	中央区日本橋堀留町１－３－15	(03) 5645—5701	(03) 5645—5707
	名古屋営業所	465-0087	名古屋市名東区名東本通２－32	(052) 789—0666	(052) 789—0668
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島２－14－６	(06) 6304—5446	(06) 6304—4992
	中四国営業所	732-0827	広島市南区稲荷町５－18	(082) 262—5446	(082) 262—5447
	福岡営業所	813-6591	福岡市東区多の津１－14－１	(092) 621—2345	(092) 621—2341
久保田商事株式会社	本　　社	113-0033	文京区本郷３－29－９	(03) 3815—1331	(03) 3814—2574
	札幌営業所	065-0015	札幌市東区北15条東10－２－６	(011) 751—2175	(011) 751—2176
	仙台営業所	984-0038	仙台市若林区伊佐字東通30	(022) 287—2181	(022) 287—2182
	つくば営業所	305-0033	つくば市東新井26－17	(029) 856—3211	(029) 856—5811
	名古屋営業所	464-0850	名古屋市千種区今池１－25－５	(052) 741—1871	(052) 741—1873
	大阪営業所	540-0013	大阪市中央区内久宝寺町４－２－17	(06) 6762—8471	(06) 6762—8473
	広島営業所	730-0138	広島市安佐南区祇園４－51－26	(082) 871—7811	(082) 871—7828
	四国営業所	799-3202	伊予市双海町上灘甲6466－２	(089) 986—5018	(089) 986—5019
	福岡営業所	813-0034	福岡市東区多の津５－21－10	(092) 621—1161	(092) 621—1162
株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン	本　　社	106-0047	港区南麻布２－４－５　皆川ビル５Ｆ	(03) 5443—5661	(03) 5443—5654
	関西営業所	600-8861	京都市下京区七条御所ノ内北町93　グランドメイリンセブン503	(075) 326—3790	(075) 326—3761
コメットシステム株式会社	本　　社	739-1732	広島市安佐北区落合南３－３－３	(082) 845—4404(代)	(082) 845—4403
コンビメートリックス株式会社		150-0021	東京都渋谷区恵比寿西１－21－５　West21ビル	(03) 5457—7117	(03) 5457—0390
興和㈱電機光学事業部	東京支店(本部)	103-8433	中央区日本橋本町３－４－14	(03) 3279—7637	(03) 3279—7541
小林クリエイト株式会社	本　　社	448-8656	刈谷市小垣江町北高根115	(0566) 26—5310	(0566) 26—5308
	市場開発部 第二ビジネスグループ	104-0041	中央区新富１－18－１	(03) 3553—5871	(03) 3553—2635
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社	本　　社	141-8673	品川区東五反田３－20－14　高輪パークタワー	お客様支援センター (0120) 543—455 (03) 3537—3920	(0120) 506—155
	本社ショールーム	104-0033	中央区新川１－３－17　新川三幸ビル	〃	〃
	札幌ショールーム	060-0005	札幌市中央区北５条西２－５　JRタワーオフィスプラザさっぽろ 20F	〃	〃
	仙台ショールーム	980-8485	仙台市青葉区中央１－２－３　SENDAI MARK ONE 18F	〃	〃

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	さいたまショールーム	330-6016	さいたま市中央区新都心1—1—2　明治安田生命さいたま新都心ビル(ランドアクシスタワー)16F	〃	〃
	名古屋ショールーム	450-0001	名古屋市中村区那古野1—47—1　名古屋国際センタービル1F	〃	〃
	大阪ショールーム	564-0063	吹田市江坂町1—14—33　大町ビル1F	〃	〃
	広島ショールーム	732-0824	広島市南区的場町1—2—19　アーバス広島1F	〃	〃
	福岡ショールーム	812-0011	博多区博多駅前1—21—28　博多駅前スクエア	〃	〃
シスメックス株式会社	本社	651-0073	神戸市中央区脇浜海岸通1—5—1	(078) 265—0500	(078) 265—0524
	東京支社	141-0032	品川区大崎1—2—2　アートヴィレッジ大崎セントラルタワー8F	(03) 5434—8550	(03) 5434—8551
	仙台支店	980-6024	仙台市青葉区中央4—6—1　住友生命仙台中央ビル(SS30)24F	(022) 722—1710	(022) 265—1661
	北関東支店	330-0843	さいたま市大宮区吉敷町4—261—1　キャピタルビル7F	(048) 600—3888	(048) 601—2272
	名古屋支店	465-0025	名古屋市名東区上社1—603	(052) 775—8101	(052) 775—5217
	大阪支店	564-0053	吹田市江の木町17—1　コンパーノビル5F	(06) 6337—8300	(06) 6337—8200
	広島支店	730-0036	広島市中区袋町3—17　シシンヨービル5F	(082) 248—9070	(082) 248—9075
	福岡支店	812-0016	福岡市博多区博多駅南4—9—24	(092) 411—4314	(092) 474—3862
シスメックス・ビオメリュー株式会社	本社	141-0032	品川区大崎1—2—2　大崎セントラルタワー8F	(03) 6834—2666	(03) 6834—2667
株式会社常光	本社	113-0033	文京区本郷3—19—4	(03) 3815—1717	(03) 3815—1759
	東京技術研究所	213-8588	川崎市高津区宇奈根731—1	(044) 811—9211	(044) 811—9209
	菊川工場	439-0037	菊川市西方154	(0537) 36—1126	(0537) 36—2169
	物流センター	439-0037	菊川市西方154	(0537) 88—7318	(0537) 88—7319
	東京支店	213-8588	川崎市高津区宇奈根731—1	(044) 811—9211	(044) 811—9204
	札幌支店	060-0005	札幌市中央区北5条西13	(011) 219—2211	(011) 219—4701
	名古屋支店	460-0011	名古屋市中区大須1—2—3　久雅ビル302	(052) 202—7202	(052) 202—7204
	大阪支店	567-0031	茨木市春日2—3—7—202	(072) 624—4411	(072) 624—4477
	福岡支店	812-0029	福岡市博多区古門戸3—12	(092) 281—5757	(092) 281—5760
	仙台営業所	983-0045	仙台市宮城野区宮城野1—26—21	(022) 292—7170	(022) 292—7305
	新潟営業所	950-0836	新潟市東中野山3—5—15	(025) 277—3811	(025) 277—0522
	広島営業所	734-0022	広島市南区東雲2—2—14—104	(082) 508—0852	(082) 508—0851
積水メディカル株式会社	本社	103-0027	中央区日本橋3—13—5　KDX日本橋313ビル	(03) 3272—0827	(03) 3281—0510
	検査センター営業所	103-0027	中央区日本橋3—13—5　KDX日本橋313ビル	(03) 3272—0906	(03) 3272—0907
	北海道営業所	060-0005	札幌市中央区北5条西6—2—2　札幌センタービル7F	(011) 272—7288	(011) 272—7299

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町３－５－21　仙台三恵ビル8F	(022) 263—8560	(022) 263—8561
	東日本営業所	135-0063	江東区有明３－５－７　TOC有明イーストタワー８F	(03) 5520—1360	(03) 5520—1350
	首都圏第一営業所	135-0063	江東区有明３－５－７　TOC有明イーストタワー８F	(03) 5520—1360	(03) 5520—1350
	首都圏第二営業所	135-0063	江東区有明３－５－７　TOC有明イーストタワー８F	(03) 5520—1360	(03) 5520—1350
	中部営業所	460-0011	名古屋市中区錦１－５－11　名古屋伊藤忠ビル３F	(052) 209—7714	(052) 209—7724
	西日本第一営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原３－３－31　上村ニッセイビル16F	(06) 6350—6581	(06) 6350—6582
	西日本第二営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原３－３－31　上村ニッセイビル16F	(06) 6350—6581	(06) 6350—6582
	中国営業所	732-0052	広島市東区光町１－10－19　日本生命広島光町ビル６F	(082) 261—7862	(082) 261—7863
	九州営業所	812-0013	福岡市博多区駅前３－26－29　九勧博多ビル２F	(092) 451—0511	(092) 474—4136
セラビジョン・ジャパン株式会社	本　　社	220-8120	横浜市西区みなとみらい２－２－１　ランドマークタワー20F	(045) 670—7110	(045) 670—7001
株式会社セントラル科学貿易	東京本社	111-0052	台東区柳橋１－８－１	(03) 5820—1500	(03) 5820—1515
	札幌出張所	001-0911	札幌市北区新琴似11条13丁目７－13－２	(011) 764—3611	(011) 764—3612
	大阪支店	533-0031	大阪市東淀川区西淡路１－１－36	(06) 6325—3171	(06) 6325—5180
	福岡営業所	812-0016	福岡市博多区博多駅南１－２－15	(092) 482—4000	(092) 482—3797
ダイアシスジャパン株式会社	本　　社	651-0083	神戸市中央区浜辺通５－１－14	(078) 242—6701	(078) 242—6702
大扇産業株式会社	本　　社	534-0021	大阪市都島区都島本通１－15－17	(06) 6928—7441	(06) 6928—7445
	東京支社	102-0074	千代田区九段南２－３－26　井関ビル４F	(03) 5276—0202	(03) 5276—0203
	大阪ソリューションセンター	566-0035	摂津市鶴野３－７－14	(0726) 32—3666	(0726) 32—4700
	〈グループ企業〉				
	富山大扇工業㈱	930-0401	中新川郡上市町広野新269	(0764) 73—0336	(0764) 73—0338
	上海大扇塑料包装有限公司		中華人民共和国上海市青浦区華新鎮華丹路501号１室	86-21-5979-0140	86-21-5979-0141
	大扇(上海)有限公司		中華人民共和国上海市嘉定区方泰鎮泰波路289號	86-21-5950-4597	86-21-5950-4314
	日本バイオセラ㈱	102-0074	千代田区九段南２－３－26　井関ビル４F	(03) 5276—0212	(03) 5276—0203
Diba Industries, Inc.	本　　社	6810	4 Precision Rd, Danbury, CT USA	(203) 744—0773	(203) 744—0663
ディバジャパン株式会社	東　　京	154-0012	世田谷区駒沢３－28－11　アーバン駒沢	(03) 5779—6772	(03) 3424—7255
株式会社テクノメディカ	本　　社	224-0041	横浜市都筑区仲町台５－５－１	(045) 948—1961	(045) 948—1962
	名古屋支店	464-0850	名古屋市千種区今池４－４－９	(052) 741—1516	(052) 741—1517
	大阪支店	564-0062	吹田市垂水町１－28－６－501	(06) 6337—3432	(06) 6337—3482
	福岡支店	812-0015	福岡市博多区山王１－11－35	(092) 483—7333	(092) 483—7334
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西７－２－５　４F	(011) 271—3770	(011) 271—3760

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	仙台営業所	981-3133	仙台市泉区泉中央1—14—1　3F	(022) 771—9333	(022) 771—9334
	甲信営業所	390-0872	松本市北深志3—9—6　2F	(0263) 38—0016	(0263) 38—0017
	北関東営業所	330-0843	さいたま市大宮区吉敷町2—44	(048) 650—8191	(048) 650—8192
	金沢出張所	920-0064	金沢市南新保町又209　ヴィラージュ・エトワールI—101	(076) 237—9210	(076) 237—9211
	松山営業所	790-0056	松山市土居田町23—5　1F	(089) 945—3870	(089) 945—3871
	広島営業所	731-0122	広島市安佐南区中筋2—3—4—101	(082) 830—5103	(082) 830—5104
	岡山出張所	700-0904	岡山市北区柳町2—4—23　8F	(086) 232—7050	(086) 232—7051
	盛岡出張所	020-0026	盛岡市開運橋通1—1　2F	(019) 681—4657	(019) 681—4658
デンカ生研株式会社	本社	103-0025	中央区日本橋茅場町3—4—2	(03) 3669—9091	(03) 3664—1005
	東京支店	103-0025	中央区日本橋茅場町3—4—2	(03) 3669—9093	(03) 3662—2228
	東京支店営業第二課新潟駐在	950-0965	新潟市中央区新光町17	(025) 285—8641	(025) 285—9872
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島4—7—18	(06) 6307—7061	(06) 6307—7091
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西18—1—27	(011) 615—2866	(011) 615—2867
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町1—13—24	(022) 264—1138	(022) 268—6084
	名古屋営業所	464-0026	名古屋市千種区井上町49—1	(052) 788—3981	(052) 788—3985
	福岡営業所	812-0012	福岡市博多区博多駅中央街8—20	(092) 414—7071	(092) 414—7073
東京貿易機械株式会社	本社	104-8510	中央区八丁堀2—13—8	(03) 3555—7353	(03) 3555—7367
	札幌営業所	060-0908	札幌市東区北8条東3—2—10　宮村ビル606	(011) 751—6472	(011) 751—6471
	仙台営業所	981-0911	仙台市青葉区台原2—10—2　アークヒルズ台原103	(022) 219—6551	(022) 219—6561
	本社・あきる野テクニカルセンター	197-0823	あきる野市野辺569—6	(042) 532—8271	(042) 532—8234
	名古屋営業所	452-0806	名古屋市西区五才美町59	(052) 509—7201	(052) 509—7202
	大阪営業所	540-0038	大阪市中央区内淡路町1—4—8　中大江ビル303	(06) 4790—3235	(06) 4790—3236
	広島営業所	731-0137	広島市安佐南区山本2—3—13	(082) 850—2271	(082) 850—2272
	福岡営業所	813-6591	福岡市東区多の津1—14—1　FRCビル1F	(092) 623—1689	(092) 623—1789
東芝メディカルシステムズ株式会社	本社	324-8550	大田原市下石上1385	(0287) 26—6211	(0287) 26—6050
	北海道支社	065-0042	札幌市東区本町2条2—3—6	(011) 785—3131	(011) 785—1104
	東北支社	989-3204	仙台市青葉区南吉成2—17—2	(022) 279—3510	(022) 279—5701
	関東支社	331-8701	さいたま市北区土呂町1—45—10	(048) 651—9211	(048) 651—8274
	首都圏支社	104-0051	中央区佃2—1—6　リバーシティ　M-SQUARE　8F	(03) 5144—8425	(03) 5548—3973
	中部支社	450-0008	名古屋市中区栄4—5—3　KDX名古屋栄ビル	(052) 238—9606	(052) 251—5315

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	関西支社	530-0054	大阪市北区南森町2－1－29　三井住友銀行南森町ビル	(06) 6362—3990	(06) 6365—6424
	中四国支社	730-0017	広島市中区鉄砲町8－18　広島日生みどりビル	(082) 511—8512	(082) 511—8523
	九州支社	816-0864	春日市須玖北2－8	(092) 575—2711	(092) 575—2748
東ソー株式会社	東京本社	105-8623	東京都港区芝3－8－2	(03) 5427—5181	(03) 5427—5520
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町1－11－1	(022) 266—2341	(022) 267—5745
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦1－17－13	(052) 211—5730	(052) 211—5740
	大阪支店	541-0043	大阪市中央区高麗橋4－4－9	(06) 6209—1948	(06) 6209—1965
	福岡支店	810-0001	福岡市中央区天神1－13－2	(092) 781—0481	(092) 751—7015
	山口営業所	746-8501	周南市開成町4560	(0834) 63—9888	(0834) 63—6627
	カスタマーサポートセンター	252-1123	綾瀬市早川2743－1	(0467) 76—5384	(0467) 79—2550
東洋器材科学株式会社	本社	335-0003	蕨市南町4－7－10	(048) 447—3381	(048) 431—4685
東洋紡績株式会社	本社	530-8230	大阪市北区堂島浜2－2－8	(06) 6348—3335	(06) 6348—3833
	東京支社	141-8633	品川区東五反田2－10－2　東五反田スクエア	(03) 6422—4849	(03) 6422—4951
東洋紡エンジニアリング株式会社	本社	530-0003	大阪市北区堂島2－1－16	(06) 6348—3357	(06) 6348—9455
トリナ・バイオリアクティブス	日本支社	100-0014	千代田区永田町2－17－8	(03) 3503—5628	(03) 3503—1575
日水製薬株式会社	本社	110-8736	台東区上野3－23－9	(03) 5846—5611	(03) 5846—5619
	支援業務センター	307-0036	結城市北南茂呂1075－2	(0296) 20—9700	(0296) 20—9801
	北日本営業所	981-0933	仙台市青葉区柏木1－2－45　フォレスト仙台6F	(022) 717—3401	(022) 717—3410
	東京営業所	110-8736	台東区上野3－23－9	(03) 5846—5708	(03) 5846—5676
	名古屋営業所	460-0013	名古屋市中区上前津2－14－15	(052) 332—8572	(052) 332—8771
	大阪営業所	541-0057	大阪市中央区北久宝寺町2－5－9	(06) 6253—1722	(06) 6253—1729
	広島営業所	730-0811	広島市中区中島町9－1	(082) 243—2235	(082) 241—4715
	福岡営業所	812-0016	福岡市博多区博多東1－2－15	(092) 475—7511	(092) 475—7666
ニットーボーメディカル株式会社	東京本社	102-0073	千代田区九段北3－2－11	(03) 3238—4541	(03) 3238—4591
	大阪支店	541-0043	大阪市中央区高麗橋4－3－10	(06) 6208—4957	(06) 6208—4976
	札幌営業所	003-0027	札幌市白石区本通り7－北1－33	(011) 866—7001	(011) 866—7012
	仙台営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町1－3－1	(022) 266—8956	(022) 266—8998
	名古屋営業所	460-0003	名古屋市中区錦1－17－13	(052) 231—5138	(052) 231—0158
	広島営業所	730-0029	広島市中区三川町2－11	(082) 241—8245	(082) 541—0711
	福岡営業所	812-0025	福岡市博多区店屋町8－30	(092) 281—1171	(092) 281—1161

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
日東機器ファインテック株式会社	本社	108-0073	港区三田３―11―36　三田日東ダイビル８Ｆ	(03) 3452―7731	(03) 3452―7925
	大阪営業所	541-0047	大阪市中央区淡路町３―１―９　淡路町ダイビル502	(06) 4707―3971	(06) 4707―3944
ニップンテクノクラスタ株式会社	本社	169-0075	新宿区高田馬場１―30―５　千寿ビル４Ｆ	(03) 5287―6761	(03) 5287―6765
ニプロ株式会社	本社	531-8510	大阪市北区本庄西３―９―３	(06) 6373―3155	(06) 6374―0697
	札幌支店	060-0009	札幌市中央区北９条西19―35	(011) 631―7311	(011) 631―7314
	盛岡営業所	020-0334	盛岡市盛岡駅前通15―20　ニッセイ盛岡駅前ビル４Ｆ	(019) 654―0200	(019) 654―0211
	秋田営業所	010-0951	秋田市山王２―１―40　田口ビル５Ｆ	(018) 867―8180	(018) 867―8480
	仙台支店	980-0802	仙台市青葉区二日町14―15　アミグランデ二日町１Ｆ	(022) 268―7756	(022) 268―7743
	福島営業所	963-8861	郡山市鶴見坦１―６―36　鶴見坦橋本地所ビル101	(024) 931―8999	(024) 922―7457
	新潟支店	950-0915	新潟市鐙西２―29―15　ピュアコートベル２Ｆ	(025) 248―7518	(025) 248―7506
	関東北支店	331-0815	さいたま市北区大成町４―421―２	(048) 666―3721	(048) 666―3772
	茨城営業所	310-0842	水戸市けやき台３―６―１　スカイヒルズ202号	(029) 304―1177	(029) 246―0068
	関東東支店	261-0023	千葉市美浜区中瀬１―７―１　住友ケミカルエンジニアリングセンタービル23Ｆ	(043) 351―8501	(043) 351―8502
	東京第一・第二支店	113-0033	文京区本郷４―３―４　ニプロビル２Ｆ	(03) 3818―0425	(03) 3818―0469
	横浜支店	221-0052	横浜市神奈川区栄町１―１　アーバンスクエア横浜11Ｆ	(045) 441―3222	(045) 441―3256
	西東京支店	190-0022	立川市錦町２―７―10　西野ビル１Ｆ	(042) 521―1471	(042) 521―1476
	長野営業所	390-0871	松本市桐３―２―45　山本ビル２Ｆ―１	(0263) 36―0522	(0263) 36―5212
	静岡支店	422-8051	静岡市駿河区中野新田305―１　東名第一ビル３Ｆ	(054) 283―6413	(054) 283―8794
	名古屋支店	465-0024	名古屋市名東区本郷２―91　高柳本郷ビル	(052) 777―1010	(052) 777―1015
	北陸営業所	921-8005	金沢市間明町２―273　中元ビル２Ｆ	(076) 292―0245	(076) 292―0216
	京都支店	606-8204	京都市左京区田中下柳町36	(075) 752―0820	(075) 752―0824
	阪奈支店	531-0072	大阪市北区豊崎３―３―13	(06) 6373―0555	(06) 6373―0385
	阪和支店	591-8023	堺市北区中百舌鳥町５―758　AKIBOビル６Ｆ	(072) 240―3296	(072) 257―8390
	神戸支店	650-0015	神戸市中央区多聞通４―１―３　ナカヤマビル７Ｆ	(078) 361―7585	(078) 361―7587
	岡山支店	700-0964	岡山市北区中仙道２―27―13	(086) 243―7591	(086) 244―0932
	広島支店	731-0135	広島市安佐南区長束３―45―３	(082) 238―8307	(082) 238―8631
	四国支店	761-8013	高松市香西東町304―１　新栄ビル	(087) 882―2828	(087) 882―7729
	福岡支店	816-0935	大野城市錦町２―２―12	(092) 574―3731	(092) 574―1748
	熊本支店	862-0913	熊本市尾ノ上１―12―３　ファインパレス尾ノ上103	(096) 331―7330	(096) 331―7335
	鹿児島支店	890-0046	鹿児島市西田２―28―９　アスカII１Ｆ	(099) 258―2775	(099) 255―6303

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
日本光電工業株式会社	本　　社	161-8560	新宿区西落合1—31—4	(03) 5996—8000	(03) 5996—8085
	販社、営業所		全国10販社、120営業所		
公益財団法人日本適合性認定協会	認定センター	141-0022	品川区東五反田1—22—1　五反田ANビル3F	(03) 3442—1217	(03) 5475—2780
日本カンタム・デザイン株式会社	本　　社	171-0014	豊島区池袋2—40—13　池袋デュープレックス ビズ	(03) 5954—8571	(03) 5954—6570
日本電子株式会社	本　　社	196-8558	昭島市武蔵野3—1—2	(042) 543—1111	(042) 546—3353
	東京支店	190-0012	立川市曙町2—8—3　新鈴春ビル6F	(042) 528—3341	(042) 528—3488
	札幌支店	060-0809	札幌市北区北9条西3—19　ノルテプラザ5F	(011) 726—9680	(011) 717—7305
	仙台支店	980-0021	仙台市青葉区中央2—2—1　仙台三菱ビル6F	(022) 222—3324	(022) 265—0202
	筑波支店	305-0033	つくば市東新井18—1	(029) 856—3220	(029) 856—1639
	横浜支店	222-0033	横浜市港北区新横浜3—6—4　新横浜千歳観光ビル6F	(045) 474—2181	(045) 474—2180
	名古屋支店	450-0001	名古屋市中村区那古野1—47—1　名古屋国際センタービル14F	(052) 581—1406	(052) 581—2887
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島5—14—5　新大阪INビル11F	(06) 6304—3941	(06) 6304—7377
	関西応用研究センター	532-0011	大阪市淀川区西中島6—9—27　新大阪メイコービル1F	(06) 6305—0121	(06) 6305—0105
	広島支店	730-0015	広島市中区橋本町10—6　広島NSビル5F	(082) 221—2500	(082) 221—3611
	高松支店	760-0023	高松市寿町1—1—12　パシフィックシティ　高松ビル	(087) 821—0053	(087) 822—0709
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前2—1—1　福岡朝日ビル5F	(092) 411—2381	(092) 473—1649
日本ケミファ株式会社	本　　社	101-8678	千代田区岩本町2—2—3	(03) 3850—2974	(03) 3862—2645
	名古屋支店	460-0002	名古屋市中区丸の内1—15—20　ie丸の内ビルディング5F	(052) 231—5688	(052) 231—5677
	大阪支店	550-0002	大阪市西区江戸堀1—26—20　江戸堀グロウスビル4F	(06) 6448—1863	(06) 6448—1866
	広島支店	730-0856	広島県広島市中区河原町1—26　環衛ビル3F	(082) 296—4825	(082) 296—4755
日本ポール株式会社	本　　社	163-1325	新宿区西新宿6—5—1	(0120) 801—156	(03) 6386—0994
日本ミリポア株式会社	本　　社	108-0073	港区三田1—4—28　三田国際ビル	(0120) 633—358	(03) 5442—9736
ニューコン株式会社	本　　社	116-0014	荒川区東日暮里5—41—12	(03) 3805—2590	(03) 3805—2685
	福岡営業所	812-0016	福岡市博多区博多駅南4—9—1　ファーストいずみビル2F	(092) 477—6661	(092) 477—6662
ノバ・バイオメディカル株式会社		140-0013	品川区南大井6—26—2	(03) 5471—5461	(03) 5471—5474
バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社	本　　社	140-0002	品川区東品川2—2—24　天王洲セントラルタワー	(03) 6361—7070	(03) 5463—8481
	大阪営業所	532-0025	大阪市淀川区新北野1—14—11　大阪新北野第一生命ビル	(06) 6309—5860	(06) 6308—3064
バイオテック株式会社	本　　社	113-0034	文京区湯島2—29—4　古沢ビル	(03) 3816—6931	(03) 3818—4554
	大阪営業所	533-0034	大阪市東淀川区東中島1—6—14　第2日大ビル907号	(06) 6379—1555	(06) 6379—1565
株式会社バイロクエスト	本　　社	541-0047	大阪市中央区淡路町2—2—5	(06) 6152—9940	(06) 6152—9941

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	つくばオフィス	300-2655	つくば市諏訪C21街区1　ジャドールツクバ101号室	(029) 839—0322	(029) 839—0323
浜松ホトニクス株式会社	本社事務所	430-8587	浜松市中区砂山町325—6　日本生命浜松駅前ビル	(053) 452—2141	(053) 456—7889
	電子管事業部（豊岡製作所）	438-0193	磐田市下神増314—5	(0539) 62—3151	(0539) 62—2205
	固体事業部	435-8558	浜松市東区市野町1126—1	(053) 434—3311	(053) 434—5184
	システム事業部	431-3196	浜松市東区常光町812	(053) 435—1560	(053) 435—7570
	中央研究所	434-8601	浜松市浜北区平口5000	(053) 586—7111	(053) 586—6180
	筑波研究所	300-2635	つくば市東光台5—9—2	(029) 847—5161	(029) 847—5266
	東京支店	105-0001	港区虎ノ門3—8—21　虎ノ門33森ビル5F	(03) 3436—0491	(03) 3433—6997
	大阪営業所	541-0052	大阪市中央区安土町2—3—13　大阪国際ビル10F	(06) 6271—0441	(06) 6271—0450
	仙台営業所	980-0011	仙台市青葉区上杉1—6—11　日本生命仙台勾当台ビル2F	(022) 267—0121	(022) 267—0135
	筑波営業所	300-2635	つくば市東光台5—9—4　筑波研究コンソーシアム2F	(029) 847—3821	(029) 847—8654
株式会社 日立ハイテクノロジーズ	本社	105-8717	港区西新橋1—24—14	(03) 3504—7211	(03) 3504—7754
	北海道支店	060-0807	札幌市北区北七条西1—1—2　SE山京ビル7F	(011) 707—3353	(011) 707—3410
	東北支店	980-0021	仙台市青葉区中央3—2—1　青葉通プラザ	(022) 264—3211	(022) 267—6453
	中部支店	460-0003	名古屋市中区錦2—13—19　瀧定ビル4F	(052) 219—1744	(052) 219—1866
	関西支店	532-0003	大阪市淀川区宮原3—3—31　上村ニッセイビル	(06) 4807—2571	(06) 4807—2559
	四国営業所	761-8071	高松市伏石町2027—9	(087) 814—9911	(087) 814—9912
	中国支店	730-0011	広島市中区基町11—13　第一生命ビル	(082) 221—4514	(082) 221—4513
	九州支店	812-0026	福岡市博多区上川端町12—20　ふくぎん博多ビル	(092) 778—3010	(092) 721—6301
ファディア株式会社	本社	163-1431	新宿区西新宿3—20—2　東京オペラシティータワー	(03) 5365—8338	(03) 5365—8336
	自己免疫診断事業室	163-1431	新宿区西新宿3—20—2　東京オペラシティータワー	(03) 5365—8560	(03) 5365—8336
	大阪営業所	532-0004	大阪市淀川区西宮原1—5—28	(06) 6350—2242	(06) 6350—2197
	福岡営業所	812-0038	福岡市博多区祇園町1—1	(092) 282—6721	(092) 282—6721
フィンガルリンク株式会社	本社	130-0005	墨田区東駒形2—13—13	(03) 3625—6543	(03) 3625—6545
	札幌営業所	065-0024	札幌市東区北24条東2—4—10　丸源ビル2F	(011) 711—7813	(011) 711—7816
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島6—5—3　サムティフェイム新大阪2403	(06) 6889—5451	(06) 6889—5450
	東京医療情報開発センター	111-0041	台東区元浅草2—6—6　東京日産台東ビル9F	(03) 5806—9883	(03) 3841—2956
	盛岡医療情報開発センター	200-0033	盛岡市盛岡駅前北通5—6　MDIビル	(019) 626—6543	(019) 626—6545
フクダ電子株式会社	本社	113-8483	文京区本郷3—39—4	(03) 5802—6600	
富士通株式会社	本社	105-7123	東京都港区東新橋1—5—2　汐留シティセンター	(0120)933—200	

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
富士フイルムメディカル株式会社	本　　社	106-0031	港区西麻布２―26―30　富士フイルム西麻布ビル	(03) 6419―8000	(03) 5469―3510
	営業推進本部・POCT部	106-0031	港区西麻布２―26―30　富士フイルム西麻布ビル	(03) 6419―8083	(03) 5469―3608
	北海道地区営業本部	001-0081	札幌市北区北18条西３―１―38	(011) 758―0381	(011) 747―9485
	東北地区営業本部	983-0862	仙台市宮城野区二十人町99　富士フイルム仙台ビル６Ｆ	(022) 292―5253	(022) 256―6385
	東京地区営業本部	106-0031	港区西麻布２―26―30　富士フイルム西麻布ビル	(03) 6419―8085	(03) 5469―3860
	北関東地区営業本部	330-0842	さいたま市大宮区浅間町２―240	(048) 645―6001	(048) 647―2560
	南関東地区営業本部	222-0033	横浜市港北区新横浜２―８―11	(045) 471―7311	(045) 472―6321
	中部地区営業本部	460-0008	名古屋市中区栄２―12―12　白川第２ビル別館７Ｆ	(052) 221―7871	(052) 203―4875
	関西・中四国地区営業本部	532-0004	大阪市淀川区西宮原１―３―５	(06) 6396―5102	(06) 6396―5103
	四国営業所	760-0056	高松市中新町２―８　日本興亜損保 高松ビル	(087) 834―8844	(087) 833―4694
	九州地区営業本部	812-0011	福岡市博多区博多駅前４―13―19	(092) 451―3151	(092) 474―2524
富士レビオ株式会社	本　　社	103-0007	中央区日本橋浜町２―62―５	(03) 5695―9210	(03) 5695―9234
	東京支店	103-0007	中央区日本橋浜町２―62―５	(03) 5695―0711	(03) 5695―0858
	首都圏支店	103-0007	中央区日本橋浜町２―62―５	(03) 5695―0711	(03) 5695―0858
	北海道支店	060-0807	札幌市北区北７条西４―１―２　北七条SIAビル５Ｆ	(011) 758―7000	(011) 758―7002
	東北支店	980-0811	仙台市青葉区一番町２―８―10　ニッセイ同和損保仙台ビル１Ｆ	(022) 264―4001	(022) 264―4008
	北関東支店	330-0802	さいたま市大宮区宮町２―81　大宮アネックスビル	(048) 643―0321	(048) 644―2724
	湾岸支店	222-0033	横浜市港北区新横浜３―18―14　住生新横浜第２ビル	(045) 478―3181	(045) 475―4104
	中部支店	465-0025	名古屋市名東区上社２―174	(052) 775―1081	(052) 775―1833
	大阪支店	532-0033	大阪市淀川区新高３―９―14　MMビル４Ｆ	(06) 6150―5520	(06) 6150―5530
	中四国支店	732-0052	広島市東区光町１―10―19　日本生命広島光町ビル	(082) 264―3366	(082) 263―7712
	九州支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東２―10―１　福岡ビルS館６Ｆ	(092) 472―5661	(092) 474―8555
扶桑薬品工業株式会社	本社事務所	536-8523	大阪市城東区森之宮２―３―11	(06) 6969―1131	(06) 6969―2341
	札幌支店	003-0005	札幌市白石区東札幌５条１―２―20	(011) 814―3811	(011) 814―3815
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町１―14―21	(022) 221―2656	(022) 262―2600
	東京第一支店	103-0023	中央区日本橋本町２―４―５	(03) 5203―7101	(03) 5203―7088
	名古屋支店	461-0001	名古屋市東区泉１―３―26	(052) 962―5001	(052) 971―6592
	大阪支店	541-0045	大阪市中央区道修町１―７―10	(06) 6203―5671	(06) 6231―6886
	岡山支店	700-0834	岡山市北区天瀬南町９―12	(086) 225―4505	(086) 225―2329
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町３―59	(082) 228―6591	(082) 228―6594

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	福岡支店	812-0024	福岡市博多区綱場町8—23	(092) 271—0501	(092) 291—6739
	東京第二支店	330-0845	さいたま市大宮区仲町1—104	(048) 644—9202	(048) 644—2143
	東京第三支店	222-0033	横浜市港北区新横浜2—4—19	(045) 474—0386	(045) 474—0388
古野電気株式会社	本社	662-8580	西宮市芦原町9-52	(0798) 65—2111	(0798) 63—1020
	INTセンター	662-0934	西宮市西宮浜2—20	(0798) 33—7500	(0798) 33—7506
ベックマン・コールター株式会社	本社	135-0063	江東区有明3—5—7　TOC有明ウエストタワー	(03) 6745—4704	(03) 5530—2460
	大阪オフィス	565-0083	豊中市新千里東町1—5—3　千里朝日阪急ビル		
	札幌オフィス	003-0807	札幌市中央区北2条西1—1　マルイト札幌ビル		
	仙台オフィス	980-0803	仙台市泉区泉中央1—7—1　地下鉄泉中央駅ビル		
	さいたまオフィス	331-0812	さいたま市北区宮原町2—16—14　新正ビル		
	横浜オフィス	222-0033	横浜市港北区新横浜3—6—12　日総第12ビル		
	名古屋オフィス	460-0003	名古屋市中区錦3—10—33　錦SISビル		
	広島オフィス	732-0052	広島市東区光町1—10—19　日本生命広島光町ビル		
	福岡オフィス	811-2205	糟屋郡志免町大字別府681—4　アクセス空港東		
株式会社ヘレナ研究所	本社	330-0061	さいたま市浦和区常盤9—21—19	(048) 833—3208	(048) 833—3273
	大阪支社	540-0011	大阪市中央区農人橋2—1—31	(06) 6945—1070	(06) 6945—1055
株式会社ホロニック	本社	960-8252	福島市御山字田中58	(024) 536—5421	(024) 536—5422
株式会社堀場製作所	本社	601-8510	京都市南区吉祥院宮の東町2	(075) 313—5736	(075) 321—0752
	東京セールスオフィス	101-0031	千代田区東神田1—7—8　アルテビル東神田	(03) 3861—8389	(03) 3861—8259
	名古屋セールスオフィス	461-0004	名古屋市東区葵3—15—31　住友生命千種第2ビル6F	(052) 936—5781	(052) 936—5789
	大阪セールスオフィス	532-0011	大阪市淀川区西中島7—4—17　新大阪上野東洋ビル4F	(06) 6390—8013	(06) 6390—8012
	九州セールスオフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東2—6—26　安川産業ビル6F	(092) 472—5041	(092) 474—5289
株式会社ミズホメディー	本社	841-0048	鳥栖市藤木町5—4	(0942) 85—0303	(0942) 85—0312
	東京営業所	111-0053	台東区浅草橋3—20—12　ニュー蔵前ビル	(03) 3861—7447	(03) 3861—7448
	名古屋営業所	464-0851	名古屋市千種区今池南29—24　川島第1ビル	(052) 733—5266	(052) 733—5422
	大阪営業所	553-0003	大阪市福島区福島5—3—7　エスティ西梅田ビル302	(06) 6458—5711	(06) 6458—5648
三菱化学メディエンス株式会社	本社	108-8559	港区芝浦4—2—8	(03) 6722—4000	(03) 6722—4011
	北海道支店	060-0042	札幌市中央区大通西7—1—1	(011) 271—6961	(011) 271—4870
	東北支店	982-0012	仙台市太白区長町南1—1—27	(022) 308—1869	(022) 249—6335
	東京支店	162-0812	新宿区西五軒町13—1	(03) 5206—1670	(03) 5206—1744

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	関東支店	162-0812	新宿区西五軒町13－1	(03) 5206—1669	(03) 5206—1744
	中部支店	464-0850	名古屋市千種区今池5－1－5	(052) 735—5915	(052) 735—5925
	北陸支店	920-0025	金沢市駅西本町6－11—16	(076) 222—2321	(076) 222—2329
	関西支店	541-0044	大阪市中央区伏見町4－1－1	(06) 6204—8585	(06) 6204—8715
	中四国支店	730-0811	広島市中区中島町3－25	(082) 545—8595	(082) 545—8606
	九州支店	813-0034	福岡市東区多の津1－14－1	(092) 611—6611	(092) 611—6633
メディカテック株式会社	本　　社	340-0816	八潮市中央1－11—28	(048) 997—2305	(048) 996—6968
	営　業　所	340-0822	八潮市大瀬863－1	(048) 994—3450	(048) 994—3452
株式会社メディカルジャパン	本　　社	431-3102	浜松市東区豊西町515－2	(053) 489—6638	(053) 489—6639
	工場所在地	431-3102	浜松市東区豊西町904－7	(053) 435—9881	(053) 435—9882
	サービス拠点		千葉・神奈川・静岡・大阪・神戸・(岡山、広島、福岡を予定中)		
株式会社メレック	本　　社	193-0834	八王子市東浅川町516—10	(042) 664—5382	(042) 666—2031
	大阪営業所	564-0063	吹田市江坂町2－8－2—103	(06) 6386—5135	(06) 6386—5375
株式会社ユーケンサイエンス	本　　社	101-0032	千代田区岩本町2—18－7　シマダビル2F	(03) 3851—5113	(03) 3851—6165
ライオンパワー株式会社	本　　社	923-0972	小松市月津町ツ5番地	(0761) 44—5411	(0761) 44—8080
ラジオメーター株式会社	本　　社	105-0003	港区西新橋3—16—11　愛宕イーストビル	(03) 5777—3500	(03) 5777—3501
	札幌営業所	001-0010	札幌市北区北10条西1—11　浦野ビル	(011) 746—3390	(011) 746—3395
	仙台営業所	980-0824	仙台市青葉区支倉町4—34　マルキンビル	(022) 268—3008	(022) 268—4540
	東京営業所	105-0003	港区西新橋3—16—11　愛宕イーストビル	(03) 5777—3555	(03) 5777—3556
	長野営業所	380-0917	長野市稲葉南俣2605—1　滝沢ビル	(026) 223—6855	(026) 223—6853
	金沢営業所	920-0025	金沢市駅西本町1—14—29　サン金沢ビル	(076) 231—4455	(076) 231—4499
	名古屋営業所	461-0004	名古屋市東区葵2—12—1　ナカノビル	(052) 934—2711	(052) 934—2714
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原3－5—36　新大阪MT2ビル	(06) 6350—2000	(06) 6350—2005
	広島営業所	732-0814	広島市南区段原南1－3—53　広島イーストビル	(082) 568—6355	(082) 261—2670
	高松営業所	760-0079	高松市松縄町506　シブヤビル松縄	(087) 815—1551	(087) 865—8448
	福岡営業所	814-0003	福岡市早良区城西1－8—36　西新町ファーストビル	(092) 822-2135	(092) 822—3180
	鹿児島営業所	892-0847	鹿児島市西千石町11—25　フコク生命高見馬場ビル	(099) 227—9383	(099) 227—9384
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社	本　　社	105-0014	港区芝2－6－1	(03) 5443—7041	(03) 5443—7114
	札幌支店	060-0031	札幌市中央区北1条東1－2－5　明治安田生命札幌北1条東ビル6F	(011) 251—1331	(011) 231—1603
	仙台支店	980-0822	仙台市青葉区立町27—21　仙台橋本ビル6F	(022) 224—6491	(022) 267—3877

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	関東甲信越支店	330-6034	さいたま市中央区新都心11－2　ランドアクシスタワー34F	(048) 610—4000	(048) 601—0888
	東京支店	105-0014	港区芝２－６－１	(03) 5765—8081	(03) 5765—8082
	千葉・神奈川支店	105-0014	港区芝２－６－１	(03) 6743—0430	(03) 3457—8610
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦２－４－３　錦パークビル13F	(052) 220—5741	(052) 220—5742
	大阪支店	560-0082	豊中市新千里東町１－５－３　千里朝日阪急ビル12F	(06) 4863—7621	(06) 4863—7625
	広島支店	730-0022	広島市中区銀山町３－１　ひろしまハイビル21	(082) 545—5120	(082) 545—5123
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前１－４－４　JPR博多ビル12F	(092) 461—1021	(092) 461—1025
和光純薬工業株式会社	本　　社	540-8605	大阪市中央区道修町３－１－２	(06) 6203—3741	(06) 6201—5964
	大阪営業所	540-8605	大阪市中央区道修町２－３－８　武田北浜ビル	(06) 6203—3747	(06) 6203—4640
	東京営業所	103-0023	中央区日本橋本町２－１－７　タケダ本町ビル２F	(03) 3270—9131	(03) 3241—5752
	北海道営業所	060-0001	札幌市中央区北１条西13—４　タケダ札幌ビル４F	(011) 271—0285	(011) 271—0835
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町２－９－５　コア本町ビル３F	(022) 222—3072	(022) 264—2228
	甲信越営業所	390-0833	松本市双葉10—22　双葉町ビルB棟3F　312号	(0263) 28—0335	(0263) 28—0388
	東海営業所	465-0018	名古屋市名東区八前２—914	(052) 772—0788	(052) 775—9413
	中国営業所	735-0024	安芸郡府中町緑ヶ丘６—40	(082) 285—6381	(082) 286—2033
	九州営業所	813-0062	福岡市東区松島３—22—30	(092) 622—1005	(092) 621—9345
	静岡出張所	422-8062	静岡市駿河区稲川３－１—21　スギタビル５F	(054) 286—8231	(054) 286—8215

編集後記

2010年JSCLA・JSLM共催展示会の開催に当たり，恒例の展示目録を作成いたしました。

昨年は，新しい展示会社が海外を含めて16社ありましたが，今年も新しい展示会社が12社出展してくれました。また，今年は4年振りの神戸の会場となります。展示の小間数・面積は昨年と同様の規模となっています。展示委員一同大いに感謝している次第です。

昨年は8,100名の来場者がありました。

今年も多くの見学者のご来場と盛況を期待しています。

また，今年から展示目録の原稿を電子化しました。出展社の皆様の御協力に感謝いたします。この展示目録が皆さんの日常業務の中で，少しでもお役に立てれば幸いです。（A.K）

2010年JACLA展示委員会

川上　彰（振　興　会）
川中　士郎（日　本　電　子）
神吉　典和（シスメックス）
冨田　修二（栄　研　化　学）
田原　完次（学　術　広　告　社）
伊藤　博隆（アートン・アド）

2010日本臨床検査自動化学会・
日本臨床検査医学会　共催展示会

2010 EXHIBITORS' CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化振興会（JACLA）
〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-6
（ワイユウビル6F）
Tel. 03(5689)5910
Fax. 03(5689)5917
ホームページ：http://homepage3.nifty.com/jacla
印刷：壮光舎印刷株式会社
2010年10月7日印刷・発行
（非売品・禁複写）



JSCLA http://www.jscla.com/
JSLM http://www.jslm.org
JACLA http://homepage3.nifty.com/jacla/